MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	ALBATROS SACI	VICENTE SCAVONE & CIA	ARGON S.R.L.	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	LA CASA DEL MEDICO S.A.	SEMPRO S.A.	MAKRI S.A.	SOLUMEDIC S.A.	CASA BOLLER S.A.	SCARPE S.R.L.	IMPORTEX S.A.	IMESE S.A.	CATÉTERES Y AFINES S.A.
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

9. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS EETT:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
	1	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS	Unidad	Unidad			70		45.000.000					
SCARPE SRL	1	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS	Unidad	Unidad	POWEAM	CHINA	70	20.714.286	45.000.000	-54%	1.450.000.020	1.450.000.000	20	Descalificado conforme al Decreto 1107/14 Art. 43
SOLUMEDIC S.A	1	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS	Unidad	Unidad	LOS PINOS	COLOMBIA	70	27.918.385	45.000.000	-38%	1.954.286.950	1.954.286.927	23	Descalificado conforme al Decreto 1107/14 Art. 43
IMESE S.A.	1	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS	Unidad	Unidad	HILL-ROM	MEXICO/USA	70	35.000.000	45.000.000	-22%	2.450.000.000	2.450.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se supere su adjudicación
LA CASA DEL MEDICO S.A.	1	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS	Unidad	Unidad	JOSON CARE	TAIWAN	70	35.714.285	45.000.000	-21%	2.499.999.950	2.500.000.000	-50	
	2	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRIA	Unidad	Unidad			25		85.000.000					
SCARPE S.R.L.	2	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRIA	Unidad	Unidad	POWEAM	CHINA	25	20.000.000	85.000.000	-76%	500.000.000	500.000.000	0	El equipo no cumple con las sigtes especificaciones: Capacidad de variacion longitudinal de 25 cm o mayor, sistema de monitoreo de salida del paciente, alarma audible de salida del paciente, colchón antihongo, antimicrobial, radiotrasparente, con recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.
SOLUMEDIC S.A.	2	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRIA	Unidad	Unidad	LOS PINOS	COLOMBIA	25	34.015.394	85.000.000	-60%	850.384.850	850.384.854	-4	El equipo no cumple con las sigtes especificaciones: Longitud 210 cm +/- 5cm, Ancho 100 cm +/- 5cm, Ruedas antiestaticas y alto nivel de resistencia de 15cm de diámetro como mínimo, Quinta rueda central para maximizar la movilidad y facilidad de transporte, Altura minima de 37cm, Colchón antihongo, antimicrobial, radiotrasparente, con recubrimos de material lavable, impermeable y retardante al fuego.
ALBATROS SACI	2	42191807-001	CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRIA	Unidad	Unidad	ADVANCED	USA	25	35.160.000	85.000.000	-59%	879.000.000	879.000.000	0	El equipo no cumple con las sigtes especificaciones: Longitud 210 cm +/- 5cm, Capacidad de variación longitudinal de 25 cm o mayor, Sistema centralizado de fleno y direccionamiento incluyendo una quinta rueda central para maximizar la movilidad y facilidad de transporte, Atura minima de 37cm, trendelemburg de 0° a 14° o mayor, sistema de monitoreo de salida del paciente, alarma de falta de energia eléctrica, alarma audible de salida del paciente, colchón antihongo, antimicrobial, radiotrasparente, con recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.
CATETERES &	2	42191807-001	CAMAS	Unidad	Unidad	STRYKER	USA	25	84.500.000	85.000.000	-1%	2.112.500.000	2.112.500.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C.

Asesor Jurídico
S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO PIÑANEZ
Médico - Cirujano
Reg. Nº 878C

Lic. Víctor Garcete
Director - SINUE
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo H. Paris
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
AFINES S.A.			ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRÍA												Se sugiere su adjudicación
	3	42191802-003	SERVOCUNAS	Unidad	Unidad			25		75.000.000					
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	3	42191802-003	SERVOCUNAS	Unidad	Unidad	OLIDEF	BRASIL	25	36.760.000	75.000.000	-51%	919.000.000	919.000.000	0	El equipo no cumple con las sigtes especificaciones: Ancho del lecho del paciente de 45 a 60 cm, Largo del lecho del paciente de 85 a 115 cm, Apagado automático en el rango de 10 a 15 min de ocurrida una alarma y persistir el fallo, Silenciado manual de alarmas en el rango de 60 a 120 segundos, Exactitud del pesaje 1%
SCARPE SRL	3	42191802-003	SERVOCUNAS	Unidad	Unidad	OLIDEF	BRASIL	25	37.220.300	75.000.000	-50%	930.507.500	930.507.500	0	El equipo no cumple con las sigtes especificaciones: Ancho del lecho del paciente de 45 a 60 cm, Largo del lecho del paciente de 85 a 115 cm, Apagado automático en el rango de 10 a 15 min de ocurrida una alarma y persistir el fallo, Silenciado manual de alarmas en el rango de 60 a 120 segundos, Exactitud del pesaje 1%
ARGON SRL	3	42191802-003	SERVOCUNAS	Unidad	Unidad	FANEM	BRASIL	25	54.960.000	75.000.000	-27%	1.374.000.000	1.374.000.000	0	El equipo no cumple con las sigtes especificaciones: Ancho del lecho del paciente de 45 a 60 cm, interfase RS 232 para posibilidad de conexión a monitores multiparamétricos, Lámpara o elemento calefactor abatible en ambos lados que permita fácil acceso de rayos X, deberá seguir calentando al paciente durante la maniobra, La luminotema integrada al cabezal radiante, regulación del volumen de alarmas.
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	3	42191802-003	SERVOCUNAS	Unidad	Unidad	MEDIX	ARGENTINA	25	60.000.000	75.000.000	-20%	1.500.000.000	1.500.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
CASA BOLLER SA	3	42191802-003	SERVOCUNAS	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	25	100.000.000	75.000.000	33%	2.500.000.000	2.500.000.000	0	
	4	42271714-001	INCUBADORAS	Unidad	Unidad			25		110.000.000					
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	4	42271714-001	INCUBADORAS	Unidad	Unidad	OLIDEF	BRASIL	25	68.996.000	110.000.000	-37%	1.724.900.000	1.724.900.000	0	El equipo no cumple las sigtes especificaciones: Movimiento de Trendelemburg directo e inverso de al menos 10° con al menos 1° de precisión o menor, Ajuste de altura variable eléctricamente variación de 15cm o más, Pantalla LCD con control de brillo, Soporte para monitor integrado al equipo, Temperatura del aire +1°/-3° del punto seleccionado, Temperatura de piel variación de temperatura entre +/-0,5°C.
ARGON SRL	4	42271714-001	INCUBADORAS	Unidad	Unidad	FANEM	BRASIL	25	68.999.999	110.000.000	-37%	1.724.999.975	1.724.999.990	-15	El equipo no cumple con las sigtes Especificaciones: Lecho del paciente Ancho 35cm o más, Pantalla LCD con control de brillo, Exactitud del peso +/- 5 gr por encima de 2Kg, Filtro de Aire 99,9% de eficacia.
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	4	42271714-001	INCUBADORAS	Unidad	Unidad	MEDIX	ARGENTINA	25	75.800.000	110.000.000	-31%	1.895.000.000	1.895.000.000	0	El equipo no cumple con las sigtes Especificaciones: Pantalla LCD con control de brillo, Balanza electrónica con rango de medición de 0 a 7Kg o mas (no especifica rango), Variabilidad de la temperatura menor a 0,5 °C (no especifica), Velocidad del aire a través del conchon menor a 10 cm/s, Filtro de aire 99,9% de eficacia.
CASA BOLLER SA	4	42271714-001	INCUBADORAS	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	25	90.000.000	110.000.000	-18%	2.250.000.000	2.250.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad			50		50.000.000					

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO PIÑANEZ
Médico - Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor C
Director - SIPU
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo H. P
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO CAVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL CAVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
SCARPE SRL	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	POWEAM	CHINA	50	16.000.000	50.000.000	-68%	800.000.000	800.000.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones: Función de despliegue simultáneo de 8 ondas. No especifica La cantidad de arritmias que podrían ser detectadas (10 como mínimo). No especifica Compatibilidad con el estándar HL7 para comunicación de datos. No especifica duración de la batería
ARGON SRL	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	EDAM	CHINA	50	16.999.980	50.000.000	-66%	849.999.000	849.999.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones: Tecnología para medición de SpO2 durante movimiento, No especifica tiempo de inflado total < 30 seg. ni Protección contra sobrepresiones de PNI.
ALBATROS SACI	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	ADVANCED	USA	50	24.760.000	50.000.000	-50%	1.238.000.000	1.238.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
SOLIMEDIC S.A	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	50	24.900.000	50.000.000	-50%	1.245.000.000	1.245.000.000	0	
MAKRI SA	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	50	27.780.000	50.000.000	-44%	1.389.000.000	1.389.000.000	0	
CASA BOLLER SA	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	50	27.800.000	50.000.000	-44%	1.390.000.000	1.390.000.000	0	
LA CASA DEL MEDICO S.A	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	NIHON KOHDEN	JAPON	50	30.000.000	50.000.000	-40%	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	5	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	PHILIPS GOLDWAY	CHINA	50	38.520.000	50.000.000	-23%	1.926.000.000	1.926.000.000	0	
	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad			10		60.000.000					
SCARPE SRL	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	POWEAM	CHINA	10	30.000.000	60.000.000	-50%	300.000.000	300.000.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones Función de despliegue simultáneo de 8 ondas. No especifica La cantidad de arritmias que podrían ser detectadas (10 como mínimo). No especifica Compatibilidad con el estándar HL7 para comunicación de datos. No especifica duración de la batería.
ALBATROS SACI	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	ADVANCED	USA	10	34.900.000	60.000.000	-42%	349.000.000	349.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
ARGON SRL	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO	Unidad	Unidad	EDAM	CHINA	10	46.500.000	60.000.000	-23%	465.000.000	465.000.000	0	

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Dr. ROBERTO PIRANEZ
Medico - Cirujano
Reg. Nº 8760

Lic. Víctor C. Farias
Director - Singe
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo H. Pirris
Medico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO CIVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL CIVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
			CARDIACO PARA UTI ADULTOS												
LA CASA DEL MEDICO S.A.	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	NIHON KOHDEN	JAPON	10	47.000.000	60.000.000	-22%	470.000.000	470.000.000	0	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	PHILIPS GOLDWAY	CHINA	10	54.900.000	60.000.000	-9%	549.000.000	549.000.000	0	
SOLUMEDIC S.A.	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	10	77.000.000	60.000.000	28%	770.000.000	770.000.000	0	
MAKRI SA	6	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	10	112.700.000	60.000.000	88%	1.127.000.000	1.127.000.000	0	
	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad			50		50.000.000					
ARGON SRL	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	EDAM	CHINA	50	15.558.000	50.000.000	-69%	777.900.000	777.900.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones: Tecnologia para medicion de SpO2 durante movimiento, No especifica tiempo de inflado total < 30 seg. ni Protección contra sobrepresiones de PNI
SCARPE SRL	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	POWEAM	CHINA	50	15.619.780	50.000.000	-69%	780.989.000	780.989.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones: Función de despliegue simultáneo de 8 ondas, No especifica La cantidad de arrimas que podrian ser delectadas (10 como minimo), No especifica Compatibilidad con el estándar HL7 para comunicación de datos. No especifica duracion de la batería.
ALBATROS SACI	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	ADVANCED	USA	50	21.480.000	50.000.000	-57%	1.074.000.000	1.074.000.000	0	No cumple con las sigtes essecificaciones: Tiempo de inflado total < 30 seg, Protección contra sobrepresiones de PNI para modo Neonatal 160 mmHg ± 5 mmHg, No especifica tecnologia para mediciones durante movimiento de PNI.
MAKRI SA	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	50	28.500.000	50.000.000	-43%	1.425.000.000	1.425.000.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones: Plataforma de comunicación HL7 integrada, Alarma de apnea con periodo programable de Apnea de 10 seg o menos de 40 seg o más, Tiempo de inflado total < 30 seg, Protección contra sobrepresiones de PNI para modo Neonatal 160 mmHg ± 5 mmHg
SOLUMEDIC S.A.	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	50	28.560.000	50.000.000	-43%	1.428.000.000	1.428.000.000	0	No cumple con las sigtes especificaciones: Plataforma de comunicación HL7 integrada, Alarma de apnea con periodo programable de Apnea de 10 seg o menos de 40 seg o más, Tiempo de inflado total < 30 seg, Protección contra sobrepresiones de PNI para modo Neonatal 160 mmHg ± 5 mmHg.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO PIKANE
Médico Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Victor G...
Director - SAF
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo H. Piris
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
CASA BOLLER SA	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	50	30.000.000	50.000.000	-40%	1.500.000.000	1.500.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
LA CASA DEL MEDICO S.A.	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	NIHON KOHDEN	JAPON	50	31.000.000	50.000.000	-38%	1.550.000.000	1.550.000.000	0	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	7	42181904-002	MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA UTI NEONATAL	Unidad	Unidad	PHILIPS GOLDWAY	CHINA	50	39.000.000	50.000.000	-22%	1.950.000.000	1.950.000.000	0	
	8	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS	Unidad	Unidad			50		150.000.000					
SCARPE SRL	8	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	50	104.365.100	150.000.000	-30%	5.218.255.000	5.218.255.000	0	No cumple con las EETT debido a que el Flujo inspiratorio (l/min) se solicita en el PBC limite inferior 5 o menor y Limite superior 150 o mayor el equipo no cumple su limite inferior ya que presenta de 6 a 180 ml, el Volumen corriente (ml) se solicita: Limite inferior 25 o menor y Limite superior 2000 o mayor, no cumple su inferior ya que es de 100 a 2500 m, no posee Patron de flujo cuadrado o descendente, no presenta Tiempo espiratorio solo inspiratorio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	8	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS	Unidad	Unidad	INTERMED	BRASIL	50	109.540.000	150.000.000	-27%	5.477.000.000	5.477.000.000	0	No cumple con las EETT, debido a que el Volumen corriente (ml) se solicita, Limite inferior 25 o menor y Limite superior 2000 o mayor, no cumple su inferior ya que es de 1100 a 2000 ml , se solicita Presión inspiratoria (cmH2O): Limite inferior 10 o menor y Limite superior 90 o mayor no cumple su superior ya que es de 10 a 80 cm H2O, se solicita Mecanismo de disparo Trigger por flujo (l/min): limite inferior 1 o menor y limite superior 20 o mayor, no cumple ya que es de 2.0 a 15 ml , se solicita Mecanismo de disparo Trigger por presión (cmH2O): limite Inferior 1 o menor y limite superior 20 o mayor , se no cumple ya que es de 0,5 a 10 cm H2O no presenta Con volumen garantizado o Limite de volumen, no posee Volumen corriente inspirado espontaneo, elastancia, RSBI , Trabajo inspiratorio del paciente y trabajo inspiratorio total, Calculo de NIF (Fuerza inspiratorica negativa)
SEMPRO SA	8	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS	Unidad	Unidad	MAQUET	SUECIA	50	111.800.000	150.000.000	-25%	5.590.000.000	5.590.000.000	0	No cumple con las EETT, debido a que el Flujo inspiratorio (l/min) se solicita en el PBC limite inferior 5 o menor y Limite superior 150 o mayor, el equipo no cumple su limite inferior ya que presenta de 0,5 a 60 l/min , el Volumen corriente (ml) se solicita Limite inferior 25 o menor y Limite superior 2000 o mayor, no cumple su inferior ya que es de 100 a 2000 m, su disparo por flujo se establece en función al % del flujo base, no presenta Tiempo espiratorio solo inspiratoriono no posee Volumen corriente inspirado espontaneo. Calculo de NIF (Fuerza inspiratorica negativa)
CASA BOLLER SA	8	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	50	120.000.000	150.000.000	-20%	6.000.000.000	6.000.000.000	0	No cumple con las EETT, debido a que el Flujo inspiratorio (l/min) se solicita en el PBC limite inferior 5 o menor y Limite superior 150 o mayor, el equipo no cumple ambos limites ya que es de 2 a 120 ml , el Volumen corriente (ml) se solicita: Limite Inferior 25 o menor y Limite superior 2000 o mayor, no cumple su inferior ya que es de100 a 3000 ml la Frecuencia respiratoria (rpm) se solicita : Limite inferior 5 o menor y Limite superior 100 o mayor, presenta

Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Dr. ROBERTO PIÑANEZ
Medico - Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor Espinola
Director - DINCE
M.S.P. y B.S.

Dr. Alfredo H. Pirris
Medico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
															0,5 a 96 rpm. por lo que no cumple limite superior, no cumple pausa inspiratoria y espiratoria se solicita Mecanismo de disparo Trigger por flujo (l/min): limite inferior 1 o menor y limite superior 20 o mayor, no cumple ya que es de 0,2 a 15 ml , se solicita Mecanismo de disparo Trigger por presión (cmH2O): limite inferior 1 o menor y limite superior 20 o mayor, no cumple ya que Posee trigger por presión automático, no posee Ventilación proporcional asistida o similar, no posee Elastancia, ni Trabajo inspiratorio del paciente y trabajo inspiratorio total
IMESE S.A.	8	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS	Unidad	Unidad	COVIDIEN	IRLANDA/USA	50	159.000.000	150.000.000	6%	7.950.000.000	7.950.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
	9	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad			45		210.000.000					
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	9	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad	INTERMED	BRASIL	45	139.355.555	210.000.000	-34%	6.270.999.975	6.271.000.000	-25	NO cumple su pantalla tactil es solo de 12.1, no posee OMV (Ventilacion Mandatoria Controlada), PSV (Ventilación con Presión de Soporte), VC-MMV (Ventilacion mandatoria minuto, controlada por volumen), Presión soporte - PSV (cmH2O): limite inferior 1 o menor y limite superior 70 o mayor, Compensación de fugas se solicita Volumen tidal (ml) limite inferior 2 o menor y limite superior 300 o mayor presentu 10 a 2000, no posee Respiracion rapida superficial (RSB), Fuerza inspiratoria negativa (NIF), Monitorización de taquipnea Alta, Concentración de CO2 al final de la espiración Alta / Baja, Conectores RS232 ni Puertos USB, * como minimo
CASA BOLLER SA	9	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	45	139.555.555	210.000.000	-34%	6.279.999.975	6.280.000.000	-25	Cumple con las Especificaciones Tecnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicacion
SEMPRO SA	9	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad	MAQUET	SUECIA	45	173.300.000	210.000.000	-17%	7.798.500.000	7.798.500.000	0	
	10	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN	Unidad	Unidad			10		355.000.000					
CASA BOLLER SA	10	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN	Unidad	Unidad	DRAGER	ALEMANIA	10	360.000.000	355.000.000	1%	3.600.000.000	3.600.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad			100		5.000.000					
ARGON SRL	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad	SMAF	CHINA	100	2.714.900	5.000.000	-46%	271.490.000	271.490.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C Se sugiere su adjudicación

Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO PIRANE
Médico - Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor Cáceres
Director - SINUE
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo H. Piris
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO CIVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL CIVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
SCARPE SRL	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad	PERLONG	CHINA	100	2.720.910	5.000.000	-46%	272.091.000	272.091.000	0	
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad	HERSILL	ESPAÑA	100	4.620.000	5.000.000	-8%	462.000.000	462.000.000	0	
LA CASA DEL MEDICO S.A.	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad	ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS	USA	100	5.500.000	5.000.000	10%	550.000.000	550.000.000	0	
IMPORTEX SA	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad	SILFAT	ARGENTINA	100	5.918.000	5.000.000	18%	591.800.000	591.800.000	0	
SEMPRO SA	11	42271907-001	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES	Unidad	Unidad	MAQUET	SUECIA	100	12.000.000	5.000.000	140%	1.200.000.000	1.200.000.000	0	
	12	42171911-001	BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXIGENO MEDICINAL	Unidad	Unidad			50		3.000.000					
SCARPE SRL	12	42171911-001	BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXIGENO MEDICINAL	Unidad	Unidad	PROTEC	BRASIL	50	1.800.000	3.000.000	-40%	90.000.000	90.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
IMPORTEX SA	12	42171911-001	BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXIGENO MEDICINAL	Unidad	Unidad	BELMEDI MEDIBEL	ARGENTINA	50	6.996.000	3.000.000	133%	349.800.000	349.800.000	0	
	13	42171911-001	BALÓN PORTÁTIL DE 2 LITROS PARA OXIGENO MEDICINAL	Unidad	Unidad			11		2.000.000					
SCARPE SRL	13	42171911-001	BALÓN PORTÁTIL DE 2 LITROS PARA OXIGENO MEDICINAL	Unidad	Unidad	PROTEC	BRASIL	11	1.900.000	2.000.000	-5%	20.900.000	20.900.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL.	Unidad	Unidad			100		2.800.000					
ALBATROS SACI	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL.	Unidad	Unidad	ADVANCED	USA	100	1.797.000	2.800.000	-36%	179.700.000	179.700.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
CATETERES & AFINES S.A.	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL.	Unidad	Unidad	BIOLIGHT	CHINA	100	1.798.900	2.800.000	-36%	179.890.000	179.890.000	0	
ARGON SRL	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL	Unidad	Unidad	AEON	CHINA	100	2.039.990	2.800.000	-27%	203.999.000	203.999.000	0	

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Dr. ROBERTO GIRANI
Médico - Cirujano
Reg. Nº 8760

Lic. Víctor Garcete
Director - SINUE
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo Hugo
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL	Unidad	Unidad	CHARMCARE	KOREA	100	2.179.990	2.800.000	-22%	217.999.000	217.999.000	0	
SCARPE SRL	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL	Unidad	Unidad	POWEAM	CHINA	100	2.192.283	2.800.000	-22%	219.228.300	219.228.300	0	
SOLUMEDIC S.A.	14	42181801-001	OXIMETRO PORTÁTIL	Unidad	Unidad	MINDRAY	CHINA	100	3.417.005	2.800.000	22%	341.700.500	341.700.456	44	
	15	42272001-003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	Unidad			20		800.000					
ARGON SRL	15	42272001-003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	Unidad	MEDICAL DEVICES	PAKISTAN	20	1.500.000	800.000	88%	30.000.000	30.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
LA CASA DEL MEDICO S.A	15	42272001-003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	Unidad	GIMA	ITALIA	20	1.580.000	800.000	98%	31.600.000	31.600.000	0	
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	15	42272001-003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	Unidad	HERSILL	ESPAÑA	20	1.947.000	800.000	143%	38.940.000	38.940.000	0	
IMPORTEX SA	15	42272001-003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	Unidad	BELMED/ MEDIBEL	ARGENTINA/ PAKISTAN	20	2.722.500	800.000	240%	54.450.000	54.450.000	0	
ALBATROS SACI	15	42272001-003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	Unidad	KARL STORZ	ALEMANIA	20	3.893.400	800.000	387%	77.868.000	77.868.000	0	
	16	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad			20		800.000					
LA CASA DEL MEDICO S.A	16	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	Unidad	Unidad	GIMA	ITALIA	20	1.900.000	800.000	138%	38.000.000	38.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C Se sugiere su adjudicación
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	16	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	Unidad	Unidad	HERSILL	ESPAÑA	20	1.947.000	800.000	143%	38.940.000	38.940.000	0	
IMPORTEX SA	16	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad	BELMED/ MEDIBEL	ARGENTINA/ PAKISTAN	20	2.490.000	800.000	211%	49.800.000	49.800.000	0	
ARGON SRL	16	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	Unidad	Unidad	MEDICAL DEVICES	PAKISTAN	20	2.499.999	800.000	212%	49.999.980	49.999.997	-17	
ALBATROS SAC	16	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad	KARL STORZ	ALEMANIA	20	3.893.400	800.000	387%	77.868.000	77.868.000	0	
	17	42272001-002	LARINGOSCOPIO ADULTO	Unidad	Unidad			30		800.000					
ARGON SRL	17	42272001-002	LARINGOSCOPIO	Unidad	Unidad	MEDICAL DEVICES	PAKISTAN	30	1.556.633	800.000	98%	46.998.990	46.999.000	-10	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO PIÑANE
Médico Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor Galeote
Director - SINUE
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo F.
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
			ADULTO												
LA CASA DEL MEDICO S.A	17	42272001-002	LARINGOSCOPIO ADULTO	Unidad	Unidad	GIMA	ITALIA	30	1.649.666	800.000	106%	49.489.980	49.490.000	-20	Se sugiere su adjudicación
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	17	42272001-002	LARINGOSCOPIO ADULTO	Unidad	Unidad	HERSILL	ESPAÑA	30	1.947.000	800.000	143%	58.410.000	58.410.000	0	
IMPORTEX SA	17	42272001-002	LARINGOSCOPIO ADULTO	Unidad	Unidad	BELMED/ MEDIBE.	ARGENTINA/ PAKISTAN	30	2.508.000	800.000	214%	75.240.000	75.240.000	0	
ALBATROS SACI	17	42272001-002	LARINGOSCOPIO ADULTO	Unidad	Unidad	KARL STORZ	ALEMANIA	30	4.120.200	800.000	415%	123.606.000	123.606.000	0	
	18	42172101-001	DESFIBRILADOR	Unidad	Unidad			50		70.000.000					
ALBATROS SACI	18	42172101-001	DESFIBRILADOR	Unidad	Unidad	INSTRAMED	BRASIL	50	36.200.000	70.000.000	-48%	1.810.000.000	1.810.000.000	0	NO cumple porque se solicita Selección de energía de 5 o menor hasta 200 julios mediante botones en el panel del equipo o en las palas, presenta de 1 / 360 Julios,se solicita Medición de Frecuencia Cardiaca en el rango de 0 a 280 latidos por minuto, o más, es para 15 – 350, no se observa la Alarma de frecuencia cardiaca seleccionable por el usuario, se solicita Asistencia durante maniobras de RCP, con medición de profundidad y frecuencia de las compresiones, no cumple solo posee un indicador acústico que marca el ritmo de las compresiones en RCP. No mide la profundidad de las compresiones la Desfibrilación de la batería es de 200 descargas a 200 J., debiendo ser de 100 descargas, y con autonomía mínima de 4 horas no de 3 horas, la Corriente pulsada se solicita de 0 a 140 mA, presenta de 5 – 200 mA, no cumple su precisión es de +/- 2%, se solicita de +/- 1% la Frecuencia cardiaca se solicita de 25 a 240 pulsos por minuto, no cumple es de 30 – 250 bpm. No posee parches reusables.
SCARPE SRL	18	42172101-001	DESFIBRILADOR	Unidad	Unidad	CMOS DRAKE	BRASIL	50	36.225.000	70.000.000	-48%	1.811.250.000	1.811.250.000	0	NO cumple selección manual ,se solicita Medición de Frecuencia Cardiaca en el rango de 0 a 280 latidos por minuto, o más, es para 10-300, se solicita Asistencia durante maniobras de RCP, con medición de profundidad y frecuencia de las compresiones, no cumple. No posee asistencia durante maniobras de RCP, la Desfibrilación de la batería es de 200 descargas a 200 J., debiendo ser de 100 descargas, y con autonomía mínima de 4 horas no de 10 horas, su Frecuencia de pulsos es de 30 a 200 pulsos por minuto, el Oximetro de pulso con intervalo de saturación se solicita de 1 a 100 %, presenta de 70 – 100 %, su Precisión debe ser: +/- 1%, no cumple es de +/-3% , no se visualizan los datos de frecuencia cardiaca y no posee parches reusables.
LA CASA DEL MEDICO S.A	18	42172101-001	DESFIBRILADOR	Unidad	Unidad	NIHON KOHDEN	JAPON	50	39.780.000	70.000.000	-43%	1.989.000.000	1.989.000.000	0	NO cumple porque se solicita Selección de energía de 5 o menor hasta 200 julios mediante botones en el panel del equipo o en las palas, presenta de 2 a 270 Julios, se solicita Asistencia durante maniobras de RCP, con medición de profundidad y frecuencia de las compresiones, no cumple debido a que Cap-One® es un sensor de CO2 utilizado en CPR para confirmar la posición del tubo endotraqueal y monitorea la calidad de CPR. No posee medición de profundidad y frecuencia de las compresiones, la Desfibrilación de la batería es de 100 descargas a 270 J., debiendo ser 100 descargas de 200 J. y con autonomía mínima de 4 horas no de 3 horas, no cumple su precisiones de +/-

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Dr. ROBERTO PIRALLEZ
Médico - Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor [illegible]
Director - SINDE
M.S.P. y B.S.

Dr. Alejandro [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
															2%, se solicita de +/- 1% la Frecuencia cardiaca se solicita de 25 a 240 pulsos por minuto, no cumple es de 30 – 300 ipm. No posee parches reusables
IMESE S.A	18	42172101-001	DESFIBRILADOR	Unidad	Unidad	ZOLL	USA	50	86.000.000	70.000.000	23%	4.300.000.000	4.300.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
	19	42172101-004	CARRO DE PARO	Unidad	Unidad			50		10.000.000					
ARGON SRL	19	42172101-004	CARRO DE PARO	Unidad	Unidad	ESTRELLA	PARAGUAY	50	3.959.999	10.000.000	-60%	197.999.950	197.999.990	-40	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
LA CASA DEL MEDICO S.A	19	42172101-004	CARRO DE PARO	Unidad	Unidad	MEDI MUEBLES	NACIONAL	50	3.960.000	10.000.000	-60%	198.000.000	198.000.000	0	
IMPORTEX SA	19	42172101-004	CARRO DE PARO	Unidad	Unidad	NACIONAL	NACIONAL	50	7.496.000	10.000.000	-25%	374.800.000	374.800.000	0	
ALBATROS SACI	19	42172101-004	CARRO DE PARO	Unidad	Unidad	CARDINAL	BRASIL	50	7.600.000	10.000.000	-24%	380.000.000	380.000.000	0	
	20	42271702-999	HALOCEFÁLICOS	Unidad	Unidad			50		400.000					
IMPORTEX SA	20	42271702-999	HALOCEFÁLICOS	Unidad	Unidad	BELMED/ MEDIBEL	ARGENTINA	50	362.220	400.000	-9%	18.111.000	18.111.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
SCARPE SRL	20	42271702-999	HALOCEFÁLICOS	Unidad	Unidad	OLIDEF	BRASIL	50	362.250	400.000	-9%	18.112.500	18.112.500	0	
ARGON SRL	20	42271702-999	HALOCEFÁLICOS	Unidad	Unidad	FANEM	BRASIL	50	605.000	400.000	51%	30.250.000	30.250.000	0	
	21	42191802-001	FOTOTERAPIA LEDS	Unidad	Unidad			50		12.000.000					
ALBATROS SACI	21	42191802-001	FOTOTERAPIA LEDS	Unidad	Unidad	ADVANCED	USA	50	11.000.000	12.000.000	-8%	550.000.000	550.000.000	0	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación
ARGON SRL	21	42191802-001	FOTOTERAPIA LEDS	Unidad	Unidad	FANEM	BRASIL	50	11.799.999	12.000.000	-2%	589.999.950	589.999.990	-40	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	21	42191802-001	FOTOTERAPIA LEDS	Unidad	Unidad	MEDIX	ARGENTINA	50	12.580.000	12.000.000	5%	629.000.000	629.000.000	0	
	22	41103202-002	LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA	Unidad	Unidad			12		80.000.000					

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO
Médico - Cirujano
Reg. Nº 8760

Lic. Víctor Garcete
Director - SINUE
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo H. Piris
Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO CIVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL CIVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
LA CASA DEL MEDICO S.A.	22	41103202-002	LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA	Unidad	Unidad	TUTTNAUER	ISRAEL	12	46.200.000	80.000.000	-42%	554.400.000	554.400.000	0	Se solicita Sellada herméticamente con burlete circunferencial, intercambiable sin herramientas, no cumple sin junta en toda la circunferencia de la puerta, la puerta no estanca al vapor, se solicita Sistema de seguridad que no permite abrir la puerta durante el proceso, en caso de fallo no se permite abrir la puerta hasta que termine el ciclo completo de lavado y desinfección (riesgo de contaminación) , no cumple ya que Tecla de STOP: si se oprime dos veces se desbloquea la puerta de la camara de lavado y se pueden sacar los utensilios. Riesgo de que el usuario saque los utensilios sin desinfeccion lo cual genera un alto riesgo de contaminación.se solicita Construida en una sola pieza, embutido con grandes superficies redondeadas e inclinación superior e inferior para salida rápida del agua y evitar acumulación de residuos (sistema de autolimpieza de la cámara de lavado), no cumple ya que la inclinación del techo es muy reducida y ocasiona condensación del vapor de agua. Por consiguiente, se origina acumulación de residuos sobre los utensilios lavados. se solicita Disposición optimizada de 7 o más inyectores de agua giratorios y 5 o mas inyectores de agua con chorros en abanico para la limpieza precisa del exterior e interior de los utensilios sanitarios y de la camara de lavado, inyector de agua principal giratoria fijado en la pared de la camara. NO CUMPLE La disposición de la tobera principal no es óptima debido a que invade el área de vaciado. De esta forma, por ejemplo, el papel higiénico puede quedar adherido a la tobera y afectar el funcionamiento del equipo , se solicita Sistema de ventilación del vapor al drenaje, no al ambiente NO CUMPLE Salida de vapor durante la fase de desinfección hacia el interior de la máquina a través de la bandeja escurridora debajo del depósito de agua.se solicita Modo de ahorro de energía modo "stand by" NO CUMPLE Sin modo "Stand by" o "Sleep", para ahorro de energía. se solicita Pantalla con visualizador de texto 2x20 caracteres, o mejor, empotrada en la puerta. Fondo iluminado, avisos ópticos y acústicos, con teclas de membrana para iniciar el programa. Debe disponer de símbolos claros para los programas corto, normal, intensivo y para el programa de enjuague NO CUMPLE Visualizador de texto con 2 x 16 caracteres.: se solicita Aislamiento de la red de agua según la norma DIN EN 1717 (salida libre de agua) con cámara de aire, tipo AA, normativa europea o similar., no cumple Sin separación de la red de agua conforme a DIN 1717.. se solicita Control de la temperatura durante la fase de desinfección a través de 2 sensores. no cumple presenta 1 sensor. se solicita Valor A0 no logrado, NO CUMPLE Visualizacion unicamente del valor de la temperatura. y por ultimo NO CUMPLE el nivel del ruido no debe superar los 50 dB y supera

Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. Roberto J. [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor Caceres
Director - DNCP
M.S.P. y B.S.

Dr. Aldo [illegible]
Reg. Prof. 10243

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION DEL PORCENTAJE	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL PRESENTADO EN LA SBE	DIFERENCIA	OBSERVACION
ARGON SRL	22	41103202-002	LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMATICA	Unidad	Unidad	STEELCO	ITALIA	12	76.500.000	80.000.000	-4%	918.000.000	918.000.000	0	Se solicita Sellada herméticamente con burlete circunferencial, intercambiable sin herramientas, no cumple sin junta en toda la circunferencia de la puerta, la puerta no estanca al vapor, se solicita Sistema de seguridad que no permite abrir la puerta durante el proceso, en caso de fallo no se permite abrir la puerta hasta que termine el ciclo completo de lavado y desinfección (riesgo de contaminación) , no cumple ya que Tecla de STOP: si se oprime dos veces se desbloquea la puerta de la cámara de lavado y se pueden sacar los utensilios. Riesgo de que el usuario saque los utensilios sin desinfección lo cual genera un alto riesgo de contaminación.se solicita Construida en una sola pieza, embutido con grandes superficies redondeadas e inclinación superior e inferior para salida rápida del agua y evitar acumulación de residuos (sistema de autolimpieza de la camara de lavado), no cumple ya que la inclinación del techo es muy reducida y ocasiona condensación del vapor de agua. Por consiguiente, se origina acumulación de residuos sobre los utensilios lavados, se solicita Disposición optimizada de 7 o mas inyectores de agua giratorios y 5 o más inyectores de agua con chorros en abanico para la limpieza precisa del exterior e interior de los utensilios sanitarios y de la camara de lavado, inyector de agua principal giratoria fijado en la pared de la camara. NO CUMPLE La disposición de la tobera principal no es optima debido a que invade el área de vaciado. De esta forma, por ejemplo, el papel higiénico puede quedar adherido a la tobera y afectar el funcionamiento del equipo. se solicita Sistema de ventilación del vapor al drenaje, no al ambiente. NO CUMPLE Salida de vapor durante la fase de desinfección hacia el interior de la máquina a través de la bandeja escurridora debajo del depósito de agua.se solicita Modo de ahorro de energía, modo "stand by" NO CUMPLE Sin modo "Stand by" o "Sleep", para ahorro de energía, se solicita Pantalla con visualizador de texto 2x20 caracteres, o mejor, empotrada en la puerta. Fondo iluminado, avisos ópticos y acústicos, con teclas de membrana para evitar el programa. Debe disponer de símbolos claros para los programas corto, normal, intensivo y para el programa de enjuague. NO CUMPLE Visualizador de texto con 2 x 16 caracteres.: se solicita Aislamiento de la red de agua según la norma DIN EN 1717 (salida libre de agua) con cámara de aire, tipo AA, normativa europea o similar. no cumple Sin separación de la red de agua conforme a DIN 1717., se solicita Control de la temperatura durante la fase de desinfección a través de 2 sensores. no cumple presenta 1 sensor, se solicita Valor A0 no logrado, NO CUMPLE Visualización únicamente del valor de la temperatura, y por ultimo NO CUMPLE el nivel del ruido no debe superar los 50 dB y supera
IMESE S.A.	22	41103202-002	LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA	Unidad	Unidad	MEIKO	ALEMANIA	12	77.000.000	80.000.000	-4%	924.000.000	924.000.000	0	Cumple con sus Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C. Se sugiere su adjudicación

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Dr. ROBERTO [illegible]
Médico - Cirujano
Reg. Nº 8780

Lic. Víctor Garcete
Director - SINUE
M.S.P. y B.S.

Médico Cirujano
Reg. Prof. 10243