Acta de Recepción y Apertura de Sobres

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°06/2020
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL QUIRÓFANO DE GINECO OBSTETRICIA ÁREA COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL- PLURIANUAL" ID 387.042.-

En la ciudad de Itauguá, Cñia. Itauguá Guazú, República del Paraguay, a losdiez y siete días del mes de diciembre del año Dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en laoficina de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38 delCentro Médico Nacional – Hospital Nacional, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la Compañía Itauguá Guazú, se procedió a la Apertura de Sobres de la licitación de referencia.----------

Para el efecto se encuentran presentes las siguientes personas:

Por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional, el Lic. Mauro Britez.----------
Por las Firmas:ARGON S.R.L., EL Sr. Hernán Ojeda; BIOERIX S.A., el Sr. Tomas Benítez y por DYSA S.A. el Sr. Juan Ocampos. ----------

A continuación, se procede a la apertura y a la lectura de las ofertas: ----------

Orden	Oferente	Monto Total de la oferta	Monto de la Garantía	Total folios de la carpeta de oferta
1	ARGON S.R.L.	842.638.000.-	60.000.000.-	99.-
2	BIOERIX S.A.	180.000.000.-	6.000.000.-	85.-
3	DYSA S.A.	105.000.000.-	3.300.000.-	78.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 5° de la Resolución DNCP N° 2490/2019, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO REQUERIDAS PARA LAS COMUNICACIONES, NOTIFICACIONES, ACLARACIONES Y CONSULTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LEY N° 2051/2003, se procede a transcribir en el Acta los correos electrónicos declarados.-

Oferente	Correo Electrónico Declarado
ARGON S.R.L.	administrador@argonmed.com
BIOERIX S.A.	licitaciones@bioerix.com.py serviciotecnico@bioerix.com.py
DYSA S.A.	informes@dysa.com.py

Tomas Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Lic. Mauro L. Britez P.
S.U.O.C.- Hospital Nacional Itauguá

Se procede a la verificación cuantitativa de las documentaciones sustanciales conforme a lo dispuesto en la Ley 2051/03 y el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Oferente	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Doc. que acredite al Firmante de la Oferta
ARGON S.R.L.	Presenta	Presenta	Presenta Constancia SIPE N° 1.626.840.-
BIOERIX S.A.	Presenta	Presenta	Presenta Constancia SIPE N°1.626.666.-
DYSA S.A.	Presenta	Presenta	Presenta Constancia SIPE N°1.626.941.-

Se deja observaciones por parte delos representantes en el acto de apertura de las siguientesfirmas:

Oferente	Cantidad de Paginas
ARGON S.R.L.	1 (una) página.-
BIOERIX S.A.	1 (una) página.-

A continuación se da lectura de las observaciones realizadas, y las mismas seadjuntan al acta de apertura. ----------

Seguidamente, se dio por terminado este acto, siendo las10:48horas del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.----------

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Lic. Mauro L. Ortiz G.
S.U.O.C.- Hospital Nacional Itauguá

DYSA HEALTHCARE

Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2020

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL QUIRÓFANO DE GINECO OBSTETRICIA ÁREA COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL- PLURIANUAL"

ID 387.042.-

OBSERVACIONES AL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.

Fecha: 17/Diciembre/2020

Empresa: Argon S.R.L

Representante: Hernan Ojeda

C.I. No. 4.306.960.-

OBSERVACIONES: La Empresa BIOERIX para el Item Nº 1- Mesa Quirurgica, el modelo BIOT001E NO CUMPLE con los Movimientos Flex y Reflex.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Para el Item 4- Lampara Scialitica, respetuosamente solicitamos al Comite Evaluador, verificar el Cumplimiento de los siguientes puntos: * Con Giro rotatorio de 306° o mas
* Libre de Sombras a la Interposicion de Cuerpos.
* Bateria Interna con indicador de la Carga.-

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Firma y Sello

Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2020

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL QUIRÓFANO DE GINECO OBSTETRICIA ÁREA COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL- PLURIANUAL"

ID 387.042.-

OBSERVACIONES AL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.

Fecha: 17/Diciembre/2020

Empresa: BIOERIX S.A

Representante: Tomás Benitez.

C.I. No. 3.002.498

OBSERVACIONES: La oferta presentada por la firma ARGON S.R.L tiene las siguientes falencias:

ITEM 1. * Donde dice "Angulación vertical de la sección cabeza de -45° a -80° a +45° o mas (manual), según catalogo presentado, se observa que la angulación es -30/+45 no cumpliendo con lo establecido en el PBC

* Donde dice "Angulación horizontal de la sección de piernas. de 0° a 90° (ambas secciones manual), no se especifica que se cumpla con dicha medida segun catalogo presentado.

* No se especifica el sistema de frenado, tampoco se observa la dimensión del colchón. - * Certificado ISO 13485 vencido (13.09.2019).

* Certificados CE sin fecha de expedición/expiración

ITEM 4 No se observa Carta de autorización de la marca KLAROMED (Polonia)

* No presenta certificado ISO 13485

* No se presenta catalogo en donde diga que cuenta con bateria interna..

Firma y Sello

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.