INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 4 días del mes de marzo de 2021, se presenta el Informe Final resultante de la evaluación de oferta inherente a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS",** elaborado *en base a lo establecido en el Articulo 26 la* ***Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"***, y demás artículos concordantes, a efectos de elevar a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

1. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.

Por Memorándum DOP/COP/N° 020/2021 de fecha 27 de enero de 2021, se comunica la lista de los miembros que integran la Comisión Evaluadora de Oferta son los siguientes funcionarios:

- Abg. Rodrigo Viveros, representante de la Dirección Jurídica.
- Ing. Mario Leiva, representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

2. ANTECEDENTES

Que, por Memorándum MEM-0262-2020-000013 de fecha 17 de abril de 2020, el Departamento de Electromedicina, solicitó el inicio de los trámites para el llamado de "**ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA CONTIGENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS PARA EL IPS".**

Que, por Memorándum **DOP/DTC/Nº 954/20** de fecha 11 de agosto de 2020, el Departamento Técnico de Contrataciones remite la CDP N° 2771/2020, correspondiente al llamado **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS",** con ID N° 384.253.-

Por Resolución C.A. N° 093-019/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, el Consejo de Administración resolvió: 1) Autorizar el llamado **a LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS",** 2) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS",** 3) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) y 4) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-

Por Nota G.A.L.D.O.P. N° 837/20 de fecha 11 de noviembre de 2020, se puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS".-**

En fechas 17, 18 y 19 de noviembre de 2020, fue publicada la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS".-**, en medios de comunicación.-

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Que, por Memorándum **CA N° 50000010725 de** fecha 04 de agosto de 2020, por medio del cual la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad informa que el pedido afecta al objeto de gasto: **535 "EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO",** afectando al Programa N° 2 de **"SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD"**, y que cuenta con Disponibilidad Presupuestaria.-

ING. MARIO LEIVA

Rodrigo R. Viveros

Departamento Técnico de Contrataciones

2021-07-26 10:44:18.203956-04

4. ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID N° 384.253, siendo las 08:37 del día 18/01/21, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a los establecido en la legislación vigente, finalizó la Subasta a la Baja Electrónica con ID N° 384.253 de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS".-**

5. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta N° 006/21 de fecha 20 de enero de 2021, siendo las 10:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas, dándose lectura al monto de las mismas como sigue:

1. **FALCON COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A. - RUC: 80010835-3 / Correo electrónico: falcon@falcon.com.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 850.000.000.- (Guaraníes Ochocientos Cincuenta Millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 29.100.000.- (Guaraníes Veintinueve Millones Cien Mil).** Empresa Aseguradora: **PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 1508006640. Total de hojas foliadas 45 (Cuarenta y Cinco).

2. **EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8 / Correo electrónico: edison@edison.com.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 599.000.000.- (Guaraníes Quinientos Noventa y Nueve Millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 26.700.000.- (Guaraníes Veintiséis Millones Setecientos Mil).** Empresa Aseguradora: **SEGUROS GENERALES S.A. (SEGESA)** N° de Póliza: 1508002785. Total de hojas foliadas 59 (Cincuenta y Nueve).

3. **SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO) - RUC: 80006779-7 / Correo electrónico: luis.acha@sempro.com.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 730.000.000.- (Guaraníes Setecientos Treinta Millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 26.500.000.- (Guaraníes Veintiséis Millones Quinientos Mil).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508050421-END.: 000. Total de hojas foliadas 59 (Cincuenta y Nueve).

4. **ASUCOM S.A. - RUC: 80012224-0 / Correo electrónico: nina@asucom.com.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 631.253.000.- (Guaraníes Seiscientos Treinta y Un Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 30.000.000.- (Guaraníes Treinta Millones).** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA DEL ESTE S.A.** N° de Póliza: 1508011294. Total de hojas foliadas 102 (Ciento Dos).

5. **DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1 / Correo electrónico: informes@dysa.com.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 600.000.000.- (Guaraníes Seiscientos Millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 36.690.000.- (Guaraníes Treinta y Seis Millones Trescientos Noventa Mil).** Empresa Aseguradora: **PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 1508006641. Total de hojas foliadas 106 (Ciento Seis).

Observaciones:

- El Representante de la firma DYSA HEALTHCARE S.A. Sr. Benjamin Diaz de Bedoya

Observa que el equipo ofertado por la firma Edison S.R.L. No cumple en el ítem 4.12 – Sensibilidad de disparo por presidir en el límite de - 15 *cmH2Oen lo solicitado y el equipo utilizado por dicha firma, modelo SV 300 es de -10 cmH2O, no cumpliendo las EETT solicitadas*

Descargo: *Remitirse en el punto 11 Informe sobre el Cumplimento de las Especificaciones Técnicas.-*

La constancia de RUC de la firma Edison S.R.L. figura en estado histórico en el SIPE y no se observa en forma física en la carpeta.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Director Administración de Contrataciones & Suministros

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
Asesor Jurídico

Departamento Técnico de Contrataciones
Wijano

2021-07-26 10:44:18.201656-04

Descargo: *Se verifico en el SIPE de la Dirección de Contrataciones Públicas DNCP constatándose que el mismo se encuentra activo.-*

- El Representante de la firma EDISON S.R.L. Sr. Mario Lisboa

Observa que en la carpeta de la empresa Asucom S.A. no se observa la planilla de las especificaciones técnicas, datos garantizados.-

Descargo: *Remitirse en el punto 7. Consulta y/o Aclaraciones Solicitadas durante el Proceso de Evaluación y en el punto 11 Informe sobre el Cumplimento de las Especificaciones Técnicas.-*

6. INFORME JURÍDICO.

Que, en mi carácter de representante de la Dirección Jurídica en la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 44/20 "ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS"**, cumplo en remitir el informe resultante de la verificación de las ofertas presentadas por las firmas:

- **FALCÓN COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A. RUC Nº 80010835-3**
- **EDISON S.R.L. RUC Nº 80093090-8**
- **SEMPRO S.A. RUC Nº 80006779-7**
- **ASUCOM S.A. RUC Nº 80012224-0**
- **DYSA HEALHCARE S.A. RUC Nº 80013820-1**

Y a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal, conforme a lo establecido en los Arts. 60, 61 inc. 1-) del Decreto Nº 21.909/03, demas disposiciones pertinentes establecidas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, señalando que en su aspecto técnico y económico deberá ser evaluado por áreas o funcionarios idóneos designados para el efecto, y ante este estado de cosas se expresa cuanto sigue:

1- FALCÓN COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A.

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

MONTO DE OFERTA. Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
TOTAL: 850.000.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Departamento Técnico de Contrataciones Wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:

En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

2- ***EDISON S.R.L.***

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

MONTO DE OFERTA. Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
TOTAL: 599.000.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:

En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3- ***SEMPRO S.A.***

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

MONTO DE OFERTA. Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
TOTAL: 730.000.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Departamento Técnico de Contrataciones
Viana

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIO LEIVA
Administración de Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado

2021-07-26 10:44:18.201856-04

339

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:

En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

*4- **ASUCOM S.A.***

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

MONTO DE OFERTA. Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
TOTAL: 631.253.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:

En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

*5- **DYSA HEALHCARE S.A.***

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

MONTO DE OFERTA. Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
TOTAL: 600.000.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ING. MARIO LEIVA Dirección Administrativa de Bienes e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rodrigo R. Viveros Abogado - Mat. 10.149.351

Departamento Técnico de Contrataciones Wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:

En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

OBSERVACIÓN:

Para el caso de la firma seleccionada y/o adjudicada deberá presentar, para la suscripción del contrato:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.

f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.

Departamento Técnico de Contrataciones Wjara

NOMINA DE MIEMBROS Y DIRECTIVOS DE OFERENTES

1- ***DYSA HEALTHCARE S.A***

- Ricardo Hellmers Fonseca	C.I. N° 424.973.-
- Ricardo Hellmers Llano	C.I. N° 1.455.624.-
- Florencia Llano de Hellmers	C.I. N° 608.021.-
- Lucia Inés Hellmers Llano	C.I. N° 2511536.-
- Benjamín Díaz de Bedoya	C.I. N° 2.540.397.-
- Iván Maciel Román	C.I. N° 2.156.784.-
- Luis Pettengill Vacca	C.I. N° 401.727.-
- Juan Carlos Pettengill Castillo	C.I. N° 2.392.801
- Olivia Mercedes Pettengill Castillo	C.I. N° 1.549.441.-

2- ***FALCON COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A.***

- Rodolfo Darío Arce Godoy	C.I. N° 1.167.297.-
- Christian Vidal Arce Godoy	C.I. N° 923.855.-
- Walter Denis Arce Godoy	C.I. N° 1.167.298.-
- Vivian Lisette Arce Godoy	C.I. N° 1.477.658.-
- Beatriz Godoy Vda. De Arce	C.I. N° 202.690.-

3- ***ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A. (ASUCOM)***

- Guida A. Velázquez Filippini	C.I. N° 1.047.960.-
- Carlos de Jesús Ramírez Molinas	C.I. N° 552.579.-
- Martín Arias Dos Santos	C.I. N° 620.461.-

DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Riveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mario Alberto LEIVA
Sección Administración de Equipos e Insumos
2021-07-26 10:44:18.201856-04

- Carlos Ramirez Molinas C.I. N° 620.461.-
- Rodrigo Campos Cervera C.I. N° 350.649
- Martin Arias Dos Santos C.I. N° 620.461

4- ***SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO)***

- Luis Hernando Acha Feltes C.I. N° 738.964.-
- Iván Darío Lusichi Saldívar C.I. N° 938.207.-
- María del Carmen González de Acha C.I. N° 3.187.086.-

5- ***EDISON S.R.L.***

- Mauro Lisboa Annicchiarico C.I. N° 3.635.387.-
- Luis Alberto Britez Alarcón C.I. N° 2.975.218.-
- Giovana María Palacios Princigalli C.I. N° 3.635.146.-

INFORME SINARH

El reporte del Sistema SINARH desprende que las personas que ostenta la representación de las firmas: **FALCON COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A., EDISON S.R.L., SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO), ASUCOM S.A. DYSA HEALTHCARE S.A,** no se encuentran ligadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, se colige que las personas vinculadas a los oferentes, no se encuentran incursa en las prohibiciones del Art. 40 de la Ley 2051/03.-

7. **INFORME DEL REGISTRO DE INHABILITADOS DEL SICP**

Se ha Ingresado a verificar en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el dato de las firmas: **FALCON COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A., EDISON S.R.L., SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO), ASUCOM S.A. DYSA HEALTHCARE S.A,** se constata que la misma se encuentra habilitada para contratar con el Estado.

7. CONSULTA Y/O ACLARACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

En cumplimiento a la Resolución N° 849/15 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Comité Evaluador solicitó vía correo electrónico a la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones un informe si las personas que integran el directorio de las empresas participantes o que ostenten la representación legal de la sociedad aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeñen.-

Reporte Sistema SINARH: La Oficina de Coordinación remitió vía correo electrónico, el reporte del SINARH de cuyo informe se desprende que las personas que integran el directorio de empresas participantes o que ostentan la representación legal de la sociedad, no se encuentran vinculadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social.-

- En fecha 15 de febrero de 2021, se solicito por correo electrónico a las firmas:

ASUCOM S.A : nina@asucom.com.py

- Solicitar: Catálogos originales del fabricante, foliados, con numeración del párrafo donde indiquen el cumplimiento de las EETT a las empresas presentadas.

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A: luis.acha@sempro.com.py

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

- Solicitar: Catálogos originales del fabricante, foliados, con numeración del párrafo donde indiquen el cumplimiento de las EETT a las empresas presentadas.

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

FALCON COM. & IND. S.A.: falcon@falcon.com.py

- Solicitar: Catálogos originales del fabricante, foliados, con numeración del párrafo donde indiquen el cumplimiento de las EETT a las empresas presentadas.

EDISON S.R.L.: edison@edison.com.py

Indicar en el catálogo del fabricante el modo HFNC:

1	4.2	Modos ventilatorios: V-A/C podra ser asistido/controlado, P-A/C podra ser asistido/controlado, V-SIMV, P-SIMV, BILEVEL(DUOLEVEL), CPAP podran ser asistido/controlado, PSV podra ser asistido/controlado, APRV podra ser asistido/controlado, PRVC podra ser asistido/controlado, VNI, SIMV(VCV)+PSV opcional, SIMV(PSV)+PSV opcional, MMV+PSV opcional, PSV +VT asegurado opcional, Presion bifasica (APRV+PSV) opcional. HFNC.	Indicar HFNC o compatible	

- Indicar el cumplimiento en el punto "HFNC".

- Solicitar carta de fabricante donde indique el cumplimiento del punto:

1	4.12	Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior -15 o mayor. Limite superior -0,5 o menor.		

- Obs:
- *El manual descargado desde la página WEB del fabricante, indica:
- Pressure trigger -10 to - 0.5 cmH2O (increments of 0.5 cmH2O)
- *Se requerirá carta legalizada por el consulado del país de origen para la firma del contrato.
- *Indicar en el catálogo original el cumplimiento de los siguientes puntos:

1	6.4	PEEP.	
1	6.7	Falla del ventilador o inoperantico	

Departamento Técnico de Contrataciones Wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

1	6.8	Presión de suministro de gas.		
1	6.9	Batería baja.		

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo pero no en forma las Especificaciones Técnicas.-

DYSA HEALTHCARE S.A.: informes@dysa.com.py

- Solicitar catalogo original donde indique el cumplimiento del punto :

1	4.14	Compensación de compliance			

- Solicitar aclaración con respecto a la provisión del punto:

1	8.1	Manguera de alta presión codificada para oxígeno (verde) DISS (01) uno por equipo, Manguera de alta presión codificada para Aire comprimido (amarillo) DISS(01) uno por equipo.			

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

- En fecha 17 de febrero de 2021, se solicito por correo electrónico a las firmas:

ASUCOM S.A : nina@asucom.com.py

*Lista de accionistas de la persona jurídica TERADATA TECHNOLOGIES, el pedido obedece a que la misma dispone de un total de 11.999 acciones de la firma ASUCOM.

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

DYSA HEALTHCARE S.A.: informes@dysa.com.py

* Nombre completo y número de cédula de identidad civil del Sr. Julio Aquino, quien se presenta en representación de la firma OCHO A S.A.;
* Lista de accionistas de la persona jurídica OCHO A S.A., el pedido obedece a que la misma dispone de un total de 300 acciones de la firma DYSA HEALTHCARE.

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A: luis.acha@sempro.com.py

* Listado actualizado de accionistas y copia de documento que acredite el vínculo con la firma SEMPRO S.A.; visualizando documento que obra en base de datos del sistema informático de la DNCP (DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS), se corrobora que los mismos son insuficientes, ya sea por falta de actualización o por estar mal cargados en la misma.

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

- En fecha 24 de febrero de 2021, se solicito por correo electrónico a la firma:

DYSA HEALTHCARE S.A.: informes@dysa.com.py

Departamento Técnico de Contrataciones
Ywjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Weeres
Abogado Mat. Nº 8.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

2021-07-26 10:44:18.201856-04

- Listado con nombre, apellido y número de cédula de identidad de los accionistas de la firma CONSTRUCTORA PARANÁ S.A. y copia de documento que certifique tal vinculo.

- Copia de documento que acredite la cantidad de socios que conforman dicha firma.

Respuesta: La La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

- En fecha 03 de marzo de 2021, se solicito por correo electrónico a las firmas:

EDISON S.R.L. edison@edison.com.py

- Se solicita el desglose de los Lotes 1, Lote 2 y Lote 3, teniendo en cuenta lo establecido en **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN punto 3. Análisis de los precios ofertados.**

Respuesta: La La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

DYSA HEALTHCARE S.A. informes@dysa.com.py:

- Se solicita el desglose de los Lotes 1, Lote 2 y Lote 3, teniendo en cuenta lo establecido en **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN punto 3. Análisis de los precios ofertados.**

Respuesta: La La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

ASUCOM S.A. nina@asucom.com.py

Se solicita el desglose de los Lotes 1, Lote 2 y Lote 3, teniendo en cuenta lo establecido en **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN punto 3. Análisis de los precios ofertados.**

Respuesta: La La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

8. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5.174/05, se ha procedido a la verificación y corrección aritmética de las ofertas presentadas por las firmas: **FALCON COMERCIAL & INDUSTRIAL S.A., EDISON S.R.L., SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO), ASUCOM S.A. DYSA HEALTHCARE S.A** en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ING. MARIO LEIVA Gerente Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rodrigo Ibáreros Abogado Matrícula Nº 49.951 DIRECCION JURIDICA

Departamento Tecnico de Contrataciones Wara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

Departamento Técnico de Contrataciones
Viara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

9. CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS

A continuación se despliega la tabla comparativa de acuerdo a la lista de precios presentada por los oferentes agrupando de menor a mayor:

EMPRESA	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	% DE VARIACIÓN
EDISON S.R.L.	1	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD	MINDRAY	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	5	119.800.000	599.000.000	176.221.667	-32%
DYSA HEALTHCARE S.A.				IMTMEDICAL	SINGAPUR	UNIDAD	UNIDAD	5	120.000.000	600.000.000	176.221.667	-32%
ASUCOM S.A				LEISTUNG	BRASIL/ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	5	126.250.600	631.253.000	176.221.667	-28%
SEMPRO S.A.				GETINGE/MAQUET	SUECIA	UNIDAD	UNIDAD	5	146.000.000	730.000.000	176.221.667	-17%
FALCON C.I.S.A.				MAGNAMED	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	5	170.000.000	850.000.000	176.221.667	-4%

De acuerdo al Análisis de los precios ofertados: Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación ha solicitado el desglose de precios ofertados por las firmas: EDISON S.R.L., DYSA HEALTHCARE S.A., ASUCOM S.A., debido a que las mismas se encuentra fuera del rango establecido por la DNCP, a la cual la firma ha respondido en tiempo y forma y el desglose presentado resulto aceptable.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Jefe Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo E. Viana
Abogado - Mat. CP 12.051
DIRECCIÓN JURÍDICA

03 333

10. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES

PBC	EDISON COM. IND. S.A.	DYSA HEALTHCARE S.A.	ASUCOM S.A.	SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. SEMPRO	FALCON COM. & IND. S.A.
	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 106 de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyentes del IRPC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar la experiencia en la Provisión de equipos biomédicos o servicios de mantenimiento a equipos biomédicos o insumos y accesorios para equipos biomédicos con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia de facturaciones y/o contratos que avalen la experiencia requerida	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de equipos biomédicos o servicios de mantenimiento a equipos biomédicos o insumos y accesorios para equipos biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-07-26 10:44:18.201855989

Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La empresa deberá presentar certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para dispositivos médicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La empresa deberá presentar Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carta de Distribuidor o Representante exclusivo de la marca a que representan completamente legalizada y consularizada por el consulado del país de origen o centro regional de distribución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revisadas las ofertas presentadas, se da a informar el resultado de la evaluación técnica. Además, se realizaron las consultas correspondientes a los oferentes, ante las inquietudes observadas en sus ofertas. También se adjunta la planilla de evaluación al final del presente informe.

Departamento Técnico de Contrataciones
Ivjara

Ing. MARIO LEZCANO
Jefe Dpto. Administración de Insumos
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. Nº 49.551
2021-07-26 10:44:18.201856-04

330

Para el ítem 1, fueron presentadas las siguientes ofertas, en orden de precios según el acta virtual de la SBE.

- **1ra Oferta: EDISON S.R.L.**

No Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas, específicamente en el punto:
1.4.12 "*Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior -15 o mayor. Limite superior -0,5 o menor.*"
Tras la consulta realizada se constató que poseen:
"*Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior -10 Limite superior -0,5.*"

- **2da Oferta: DYSA HEALTHCARE S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas.

- **3ra Oferta: ASUCOM S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas.

- **4ta Oferta: SEMPRO S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas.

- **5ta Oferta: FALCON COM. & IND. S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

Por consiguiente, la parte técnica sugiere adjudicar el ítem 1 al segundo mejor oferente, DYSA HEALTHCARE S.A. por cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas requerías en el PBC.

		VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD						
		Especificaciones Técnicas						
1	**1**	**Datos Generales**	**EDISON S.R.L.**			**DYSA HEALTHCARE S.A.**		
1	**1**		**Monto ofertado**	**599.000.000**		**Monto ofertado**	**600.000.000**	
1	1.1	Descripción: Equipo controlado electrónicamente, para proporcionar tratamiento ventilatorio continuo y monitorización a pacientes con falla o insuficiencia respiratoria. Diseñado para pacientes adultos y pediátricos.	Cumple			Cumple		
1	**2**	**Datos provéidos por el oferente**						
1	2.1	Marca:	Mindray			MTMEDICAL		
1	2.2	Modelo:	SV300			BELLAVISTA 1000		
1	2.3	Origen:	China			SINGAPUR		
1		**Criterios de evaluación**						
1	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	Cumple	CE		Cumple	CE	
1	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485	Cumple	ISO13485		Cumple	ISO13485	
1	**4**	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

1	4.1	Pantalla Color sensible al tacto de al menos 12 ´´ para la visualización y control de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas	Cumple	12.1"	50	Cumple	13"	
1	4.2	Modos ventilatorios: V-A/C podra ser asistido/controlado, P-A/C podra ser asistido/controlado, V-SIMV, P-SIMV, BILEVEL(DUOLEVEL), CPAP podran ser asistido/controlado, PSV podra ser asistido/controlado, APRV podra ser asistido/controlado, PRVC podra ser asistido/controlado, VNI, SIMV(VCV)+PSV opcional, SIMV(PSV)+PSV opcional, MMV+PSV opcional, PSV +VT asegurado opcional, Presion bifasica (APRV+PSV) opcional HFNC	**Cumple**		**Respuesta a consulta**	Cumple		107
1	4.3	Frecuencia Respiratoria (rpm) Limite inferior 50 o menor Limite superior 2000 o mayor	Cumple	20-2000 mL	50	Cumple	40 -2500 mL	108
1	4.4	Presión Inspiratoria (cm H2O) Límite inferior 5 o menor Límite superior 50 o mayor	Cumple	5 - 80 cmH2O	50	Cumple	2–100 mbar	108
1	4.5	Frecuencia Respiratoria (rpm) Limite inferior 5 o menor Limite superior 90 o mayor	Cumple	1 - 100	50	Cumple	0–200	116
1	4.6	Tiempo Inspiratorio (seg) Límite inferior 0.2 o menor Límite superior 7 o mayor	Cumple	0.20 - 10 s	50	Cumple	0,1–10 s	109
1	4.7	FiO2 (%) Límite inferior 21 o menos Límite superior 100	Cumple	21 - 100%	50	Cumple	18–100 %	111
1	4.8	PEEP (cm H2O) Limite inferior 1 o menor. Limite superior 45 o mayor	Cumple	1 - 45 cmH2O	50	Cumple	0–50 mbar	108
1	4.9	Presión Soporte (cm H2O) Límite inferior 0 o apagado Límite superior 70 o mayor	Cumple	0 - 80 cmH2O	50	Cumple	0–100 mbar	109
1	4.10	Ajuste de la Rampa de Presion o Rise Time o Retardo Inspiratorio o Rampa o Incremento de la Pendiente de Presion o Aceleracion de Flujo	Cumple	Time of Pressure Rising 0 - 2.00 s	50	Cumple	Ramp Off, 5–45 min Pendiente 2–5 mbar/s	109
1	4.11	Mecanismo de disparo o Trigger manual: por presión y por flujo	Cumple	Flow trigger, Pressure trigger	50	Cumple	Presion y Flujo activador	110
1	4.12	Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior -15 o mayor. Limite superior -0,5 o menor	**No Cumple**	**-10 a -0,5**	Respuesta a consulta	Cumple	Presión Activador –15 a 0,5 mbar	110
1	4.13	Sensibilidad de disparo por Flujo (L/min) Limite inferior 0.5 o menor. Limite superior 15 o mayor	Cumple	0.5 -15 L/min	50	Cumple	Flujo activador 0,1–20 l/min	110
1	4.14	Compensación de compliance	Cumple	Compliance, Cstat, Cdyn (0 - 300 mL/cmH2O)	50	**Cumple**		**Respuesta a consulta**
1	4.15	Formas de onda desplegadas: Presión (Paw-T), Flujo (F-T), y Volumen (V-T)	Cumple	Airway pressure - time, Flow - time, Volume - time	50	Cumple	Presión en la vía respiratoria, Flujo, Volumen	111
1	4.16	Bucles: V-F, P-V, F-P	Cumple	Paw - Volume, Flow - Volume, Paw - Flow	50	Cumple	Bucle presión frente a volumen, Bucle volumen frente a flujo, Bucle presión frente a flujo	111
1	5	**Parametros monitorizados**						
1	5.1	Presión en vias aéreas	Cumple	Airway pressure	51–50	Cumple	Presión de las vías respiratorias	115
1	5.2	PEEP	Cumple	PEEP	51–50	Cumple	PEEP t, PEEPTA Pes	115
1	5.3	Volumen corriente exhalado.	Cumple	TVi, TVe, TVe spn (Range 0 - 4000 mL)	51-50	Cumple	VtEsp (0 – 2500 ml)	118

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Dpto. Contrataciones de Bienes e Insumos
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
DIRECTOR JURÍDICO
2021-07-26 10:44:18.20

1	5.4	Volumen minuto exhalado.	Cumple	MV, MVspn, MVleak (Range 0 - 100 L/min)	51-50	Cumple	MV t, MVEsp g t, MVEspont, MVEsp Espon	114-115
1	5.5	Frecuencia Respiratoria	Cumple	ftotal, fmand, fspn (Range 0 - 200 bpm)	51-50	Cumple	Frecuencia respiratoria (en los últimos 60 s)	116
1	5.6	Relación I:E.	Cumple	100:1 -1:150	51-50	Cumple	1:99–100:1	114
1	5.7	Presión plateau	Cumple	Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP (Range 0 - 120 cmH2O)	51-50	Cumple	Presión meseta (solo disponible con meseta > 0)	116
1	6	**Alarmas**						
1	6.1	Audibles (con silenciador temporizado) y visuales (codificadas por color por niveles de prioridad). Mensajes de alarma en pantalla.	Cumple		47-50	Cumple		89-90
1	6.2	Volumen minuto. Alto y bajo	Cumple		51	Cumple		119
1	6.3	Presión en las vías aéreas. Alta y baja	Cumple		51	Cumple		135
1	6.4	PEEP	**Cumple**		**Respuesta a consulta**	Cumple		136
1	6.5	Tiempo de Apnea.	**Cumple**	Apnea alarm time	51	Cumple		136
1	6.6	Frecuencia Respiratoria.	**Cumple**	1 - 150 bpm, Off	51	Cumple		136
1	6.7	Falla del ventilador o inoperante	**Cumple**		**Respuesta a consulta**	Cumple		137
1	6.8	Presión de suministro de gas	**Cumple**		**Respuesta a consulta**	Cumple		141
1	6.9	Batería baja.	**Cumple**		**Respuesta a consulta**	Cumple		137
1	7	**Baterías internas**						
1	7.1	Recargables.	Cumple		51	Cumple		
1	7.2	Tiempo de uso mínimo 45 (cuarenta y cinco) minutos o mayor.	Cumple		51	Cumple		
1	8	**Suministro de gases**						
1	8.1	Manguera de alta presión codificada para oxígeno (verde) DISS (01) uno por equipo. Manguera de alta presión codificada para Aire comprimido (amarillo) DISS(01) uno por equipo	Cumple	planilla de datos garantizados		**Cumple**		**Respuesta a consulta**
1	8.2	Suministro alternativo de Aire por turbina o compresor	Cumple			Cumple		
1	9	**Generales**						
1	9.1	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple	planilla de datos garantizados	
1	10	**Accesorios incluidos (por cada equipo)**						
1	10.1	Circuito reusable adulto, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 1 (uno) por cada equipo	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple	planilla de datos garantizados	
2	10.2	Circuito descartable adulto, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 50 (cincuenta) por cada equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple	planilla de datos garantizados	
3	10.3	Filtro de bacterias reusable. Cantidad: al menos 1 (uno) por cada equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		
4	10.4	Humidificador (01) uno por equipo,	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple	planilla de datos garantizados	

VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD								
Especificaciones Técnicas								
1	1	**Datos Generales**	**ASUCOM S.A.**			**SEMPRO S.A.**		
1	1		**Monto ofertado**	**631.253.000**		**Monto ofertado**	**730.000.000**	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Gerente Administrativo de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. Nº 10.551

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara
2021-07-26 10:44:19.201856-04

00 327

1	1.1	Descripción: Equipo controlado electrónicamente, para proporcionar tratamiento ventilatorio continuo y monitorización a pacientes con falla o insuficiencia respiratoria. Diseñado para pacientes adultos y pediátricos	Cumple			Cumple		
1	2	**Datos provistos por el oferente**						
1	2.1	Marca:	LEISTUNG			GETINGE/ MAQUET		
1	2.2	Modelo:	LUFT3			SERVO AIR		
1	2.3	Origen:	BRASIL / ARGENTINA			SUECIA		
1		**Criterios de evaluación**						
1	3	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.	Cumple	CE		Cumple	CE	
1	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485	Cumple	ISO13485		Cumple	ISO13485	
1	4	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1	4.1	Pantalla Color sensible al tacto de al menos 12´´ para la visualización y control de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas	Cumple	17"	4	Cumple	12"	respuesta a consulta
1	4.2	Modos ventilatorios: V-A/C podra ser asistido/controlado, P-A/C podra ser asistido/controlado, V-SIMV, P-SIMV, BILEVEL(DUOLEVEL), CPAP podran ser asistido/controlado, PSV podra ser asistido/controlado, APRV podra ser asistido/controlado, PRVC podra ser asistido/controlado, VNI, SIMV(VCV)+PSV opcional, SIMV(PSV)+PSV opcional, MMV+PSV opcional, PSV +VT asegurado opcional, Presion bifasica (APRV+PSV) opcional HFNC.	Cumple		4	Cumple		respuesta a consulta
1	4.3	Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 50 o menor. Limite superior 2000 o mayor.	Cumple	2 - 2500 mt.	4	Cumple	20 a 2000	respuesta a consulta
1	4.4	Presión Inspiratoria (cm H2O) Limite inferior 5 o menor Limite superior 50 o mayor	Cumple	desde -10 a 120	5	Cumple	0 a 99	respuesta a consulta
1	4.5	Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 90 o mayor.	Cumple	1 a 180	5	Cumple	4 – 150	respuesta a consulta
1	4.6	Tiempo Inspiratorio (seg) Limite inferior 0.2 o menor Limite superior 7 o mayor	Cumple	0,1 a 30	5	Cumple	0.1 – 7	respuesta a consulta
1	4.7	FiO2 (%) Limite inferior 21 o menos Limite superior 100	Cumple	21 a 100	5	Cumple	21 – 100	respuesta a consulta
1	4.8	PEEP (cm H2O) Limite inferior 1 o menor Limite superior 45 o mayor.	Cumple	0 a 50	5	Cumple	0 – 50	respuesta a consulta
1	4.9	Presión Soporte (cm H2O) Limite inferior 0 o apagado Limite superior 70 o mayor	Cumple	0 a 80	5	Cumple	0-99 cmH2O	respuesta a consulta
1	4.10	Ajuste de la Rampa de Presion o Rise Time o Reatardo Inspiratorio o Rampa o Incremento de la Pendiente de Presion o Aceleracion de Flujo	Cumple	con 6 niveles	5	Cumple	Rise time	respuesta a consulta
1	4.11	Mecanismo de disparo o Trigger manual: por presión y por flujo	Cumple	Flow trigger, Pressure trigger	5	Cumple		respuesta a consulta
1	4.12	Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior -15 o mayor Limite superior -0,5 o menor.	Cumple	desde -15 a 0,5	5	Cumple	de -20 a 0	folio 53
1	4.13	Sensibilidad de disparo por Flujo (L/min) Limite inferior 0.5 o menor. Limite superior 15 o mayor.	Cumple	desde 0,1 a 15	5	Cumple	0.5 a 40	respuesta a consulta
1	4.14	Compensación de compliance	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Dirección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Asesor Técnico

2021-07-26 10:44:18.201886-04

1	4.15	Formas de onda desplegadas: Presión (Paw-T), Flujo (F-T), y Volumen (V-T)	Cumple	Presión en la vía respiratoria, Flujo, Volumen	4	Cumple	Formas de onda desplegadas: Presión (Paw-T), Flujo (F-T), y Volumen (V-T)	respuesta a consulta
1	4.16	Bucles: V-F, P-V, F-P.	Cumple	V-F, P-V, F-P.	4	Cumple	Bucles: V-F, P-V, F-P.	respuesta a consulta
1	5	**Parámetros monitorizados**						
1	5.1	Presión en vías aéreas.	Cumple	Presión en vías aéreas.	5	Cumple	Presión en vías aéreas.	respuesta a consulta
1	5.2	PEEP.	Cumple	PEEP.	5	Cumple	PEEP.	respuesta a consulta
1	5.3	Volumen corriente exhalado.	Cumple	Volumen corriente exhalado.	5	Cumple	Volumen corriente exhalado.	respuesta a consulta
1	5.4	Volumen minuto exhalado.	Cumple	Volumen minuto exhalado.	5	Cumple	Volumen minuto exhalado.	respuesta a consulta
1	5.5	Frecuencia Respiratoria.	Cumple	Frecuencia Respiratoria.	5	Cumple	Frecuencia Respiratoria.	respuesta a consulta
1	5.6	Relación I:E.	Cumple	Relación I:E.	5	Cumple	Relación I:E.	respuesta a consulta
1	5.7	Presión plateau	Cumple	Presión plateau	5	Cumple	Presión plateau	respuesta a consulta
1	6	**Alarmas**						
1	6.1	Audibles (con silenciador temporizado) y visuales (codificadas por color por niveles de prioridad). Mensajes de alarma en pantalla	Cumple		4,5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.2	Volumen minuto. Alto y bajo.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.3	Presión en las vías aéreas. Alta y baja.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.4	PEEP.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.5	Tiempo de Apnea.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.6	Frecuencia Respiratoria.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.7	Falla del ventilador o inoperante.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.8	Presión de suministro de gas.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	6.9	Batería baja.	Cumple		5	Cumple		respuesta a consulta
1	7	**Baterías internas**						
1	7.1	Recargables.	Cumple		4,5	Cumple		respuesta a consulta
1	7.2	Tiempo de uso mínimo 45 (cuarente y cinco) minutos o mayor.	Cumple		4,5	Cumple		respuesta a consulta
1	8	**Suministro de gases**						
1	8.1	Manguera de alta presión codificada para oxígeno (verde) DISS (01) uno por equipo, Manguera de alta presión codificada para Aire comprimido (amarillo) DISS(01) uno por equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		respuesta a consulta
1	8.2	Suministro alternativo de Aire por turbina o compresor	Cumple			Cumple		respuesta a consulta
1	9	**Generales**						
1	9.1	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		respuesta a consulta
1	10	**Accesorios incluidos (por cada equipo)**						
1	10.1	Circuito reusable adulto, con todos sus accesorios Cantidad: al menos 1 (uno) por cada equipo	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		respuesta a consulta
2	10.2	Circuito descartable adulto, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 50 (cincuenta) por cada equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		respuesta a consulta
3	10.3	Filtro de bacterias reusable. Cantidad: al menos 1 (uno) por cada equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		respuesta a consulta

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-07-26 10:44:18.201856

4	10.4	Humidificador (01) uno por equipo,	Cumple	planilla de datos garantizados		Cumple		respuesta a consulta

323

		Especificaciones Técnicas			
1	1	**Datos Generales**	**FALCON COM. & IND. S.A.**		
1	1		**Monto ofertado**	**$50.000.000**	
1	1.1	Descripción: Equipo controlado electrónicamente, para proporcionar tratamiento ventilatorio continuo y monitorización a pacientes con falla o insuficiencia respiratoria. Diseñado para pacientes adultos y pediátricos.	Cumple		
1	2	**Datos provcidos por el oferente**			
1	2.1	Marca:	MAGNAMED		
1	2.2	Modelo:	FLEXIMAG PLUS		
1	2.3	Origen:	BRASIL		
1		**Criterios de evaluación**			
1	3	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	Cumple	CE	
1	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.	Cumple	ISO13485	
1	4	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1	4.1	Pantalla Color sensible al tacto de al menos 12'' para la visualización y control de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas	Cumple	15"	Respuesta a consulta
1	4.2	Modos ventilatorios: V-A/C podra ser asistido/controlado, P-A/C podra ser asistido/controlado, V-SIMV, P-SIMV, BILEVEL(DUOLEVEL), CPAP podran ser asistido/controlado, PSV podra ser asistido/controlado, APRV podra ser asistido/controlado, PRVC podra ser asistido/controlado, VNI, SIMV(VCV)+PSV opcional, SIMV(PSV)+PSV opcional, MMV+PSV opcional, PSV +VT asegurado opcional, Presion bifasica (APRV+PSV) opcional HFNC.	Cumple		Respuesta a consulta
1	4.3	Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 50 o menor. Limite superior 2000 o mayor.	Cumple	5 a 3000	Respuesta a consulta
1	4.4	Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 50 o mayor.	Cumple	0 a 120	Respuesta a consulta
1	4.5	Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 90 o mayor.	Cumple	0 a 180	Respuesta a consulta
1	4.6	Tiempo Inspiratorio (seg). Límite inferior 0.2 o menor. Limite superior 7 o mayor.	Cumple	0.05 a 30	Respuesta a consulta
1	4.7	FiO2 (%). Límite inferior 21 o menos. Límite superior 100	Cumple	21 a 100	Respuesta a consulta
1	4.8	PEEP (cm H2O). Limite inferior 1 o menor. Limite superior 45 o mayor.	Cumple	0 a 50	Respuesta a consulta
1	4.9	Presión Soporte (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 70 o mayor.	Cumple	0 a 120	Respuesta a consulta
1	4.10	Ajuste de la Rampa de Presion o Rise Time o Reatardo Inspiratorio o Rampa o Incremento de la Pendiente de Presion o Aceleracion de Flujo	Cumple	Time rise 0 a 2 s	Respuesta a consulta
1	4.11	Mecanismo de disparo o activar manual: por presión y por flujo	Cumple	presión y por flujo	Respuesta a consulta

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

1	4.12	Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior -15 o mayor. Limite superior -0,5 o menor.	Cumple	-20 a 0	Respuesta a consulta
1	4.13	Sensibilidad de disparo por Flujo (L/min) Limite inferior 0.5 o menor Limite superior 15 o mayor.	Cumple	0 a 30	Respuesta a consulta
1	4.14	Compensación de compliance	Cumple	Compliance	Respuesta a consulta
1	4.15	Formas de onda desplegadas: Presión (Paw-T), Flujo (F-T), y Volumen (V-T)	Cumple	P-T, F-T, V-T	Respuesta a consulta
1	4.16	Bucles: V-F, P-V, F-P	Cumple	V-F, P-F, P-V	Respuesta a consulta
1	5	**Parámetros monitorizados**			
1	5.1	Presión en vías aéreas.	Cumple		Respuesta a consulta
1	5.2	PEEP.	Cumple		Respuesta a consulta
1	5.3	Volumen corriente exhalado.	Cumple		Respuesta a consulta
1	5.4	Volumen minuto exhalado.	Cumple		Respuesta a consulta
1	5.5	Frecuencia Respiratoria.	Cumple		Respuesta a consulta
1	5.6	Relación I:E.	Cumple		Respuesta a consulta
1	5.7	Presión plateau	Cumple		Respuesta a consulta
1	6	**Alarmas**			
1	6.1	Audibles (con silenciador temporizado) y visuales (codificadas por color por niveles de prioridad) Mensajes de alarma en pantalla.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.2	Volumen minuto. Alto y bajo.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.3	Presión en las vías aéreas. Alta y baja.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.4	PEEP.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.5	Tiempo de Apnea.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.6	Frecuencia Respiratoria.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.7	Falla del ventilador o inoperante.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.8	Presión de suministro de gas.	Cumple		Respuesta a consulta
1	6.9	Batería baja	Cumple		Respuesta a consulta
1	7	**Baterías internas**			
1	7.1	Recargables.	Cumple		Respuesta a consulta
1	7.2	Tiempo de uso mínimo 45 (cuarente y cinco) minutos o mayor	Cumple		Respuesta a consulta
1	8	**Suministro de gases**			
1	8.1	Manguera de alta presión codificada para oxígeno (verde) DISS (01) uno por equipo, Manguera de alta presión codificada para Aire comprimido (amarillo) DISS(01) uno por equipo	Cumple	planilla de datos garantizados	
1	8.2	Suministro alternativo de Aire por turbina o compresor	Cumple		Respuesta a consulta
1	9	**Generales**			
1	9.1	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)	Cumple	planilla de datos garantizados	
1	10	**Accesorios incluidos (por cada equipo)**			
1	10.1	Circuito reusable adulto, con todos sus accesorios Cantidad: al menos 1 (uno) por cada equipo	Cumple	planilla de datos garantizados	
2	10.2	Circuito descartable adulto, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 50 (cincuenta) por cada equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados	
3	10.3	Filtro de bacterias reusable. Cantidad: al menos 1 (uno) por cada equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados	
4	10.4	Humidificador (01) uno por equipo.	Cumple	planilla de datos garantizados	

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

323

12. CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS (2016-2017-2018 – 2019 Y 2020).

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/OFACTURA**	**MONTO**
FALCON C.I.S.A.	2018	FACTURA N° 001-001-0000695	226.380.000
	2019	ORDEN DE COMPRA N° 69590	627.102.000
			226.380.000
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			1.079.862.000
MONTO DE LA OFERTA			850.000.000
50%			**425.000.000**

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/OFACTURA**	**MONTO**
ASUCON S.A.	2018	FACTURA N° 001-001-0011180	57.750.000
	2016	FACTURA N° 001-001-0006905	92.500.000
	2016	FACTURA N° 001-001-0007018	92.500.000
	2019	FACTURA N° 001-001-0013628	19.021.000
	2019	FACTURA N° 001-001-0014043	40.000.000
	2017	FACTURA N° 001-001-0009212	65.450.000
	2019	FACTURA N° 001-001-0014041	11.000.000
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			**378.221.000**
MONTO DE LA OFERTA			631.253.000
50%			**315.626.500**

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/OFACTURA**	**MONTO**
EDISON S.R.L.	2018	FACTURA N° 001-001-000178	1.322.750.000
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			1.322.750.000
MONTO DE LA OFERTA			599.000.000
50%			**299.500.000**

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/OFACTURA**	**MONTO**
DYSA HEALTHCARE S.A.	2019	CONTRATO N° 492/2019- LPN N° 45/19	22.305.999.990
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			22.305.999.990
MONTO DE LA OFERTA			600.000.000
50%			**300.000.000**

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/OFACTURA**	**MONTO**
SEMPRO S.A.	2018	CONTRATO N° 228/18- LPN N° 05/17	861.999.996
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			861.999.996
MONTO DE LA OFERTA			730.000.000
50%			**365.000.000**

Departamento Técnico de Contrataciones
Viara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Dirección Administración de Equipos e Insumos

Rodrigo R. Alvero

2021-07-26 10:44:18.201856-04

13. CAPACIDAD FINANCIERA.

SEMPRO S.A.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	7 187 947 348	871,97	10 987 344 522	37,83	11 046 477 518	5,70	305,17	CUMPLE
	Pasivo corriente	8 243 327		290 420 933		1 938 481 037			
Endeudamiento	Pasivo total	8 243 327	0,00	290 420 933	0,02	1 938 481 037	0,17	0,06	CUMPLE
	Activo total	7 837 417 754		11 639 912 626		11 707 400 236			
Rentabiliad	Utilidad neta	560 160 316	0,56	3 273 048 811	3,27	374 201 284	0,37	1,40	CUMPLE
	Capital	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000			
Capital	Activo corriente					11 046 477 518	9 107 996 481	109.500.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					1 938 481 037			
									730.000.000

ASUCOM S.A.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	20 572 147 117	1,45	16 639 888 709	1,92	22 514 193 600	1,40	1,59	CUMPLE
	Pasivo corriente	14 141 872 628		8 654 499 292		16 116 673 294			
Endeudamiento	Pasivo total	14 141 872 628	0,62	8 654 499 292	0,45	16 116 673 294	0,65	0,57	CUMPLE
	Activo total	22 865 164 472		19 249 816 759		24 982 469 659			
Rentabiliad	Utilidad neta	1 505 619 319	0,38	3 268 227 710	0,82	1 932 083 498	0,32	0,51	CUMPLE
	Capital	4 000 000 000		4 000 000 000		6 000 000 000			
Capital	Activo corriente					22 514 193 600	6 397 520 306	94.687.950	CUMPLE
	Pasivo corriente					16 116 673 294			
									631.253.000

EDISON S.R.L.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	717 945 532	7,95	1 769 334 392	23,50	2 923 593 326	10,32	13,93	CUMPLE
	Pasivo corriente	90 254 223		75 283 360		283 267 618			
Endeudamiento	Pasivo total	90 254 223	0,10	75 283 360	0,04	283 267 618	0,09	0,08	CUMPLE
	Activo total	878 576 097		1 899 452 979		3 103 135 018			
Rentabiliad	Utilidad neta	662 422 142	8,28	979 172 189	12,24	3 746 321 217	46,83	22,45	CUMPLE
	Capital	80 000 000		80 000 000		80 000 000			
Capital	Activo corriente					2 923 593 326	2.640 325 708	89.850.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					283 267 618			
									599.000.000

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Teodoro Riveros
Abogado Mat. Nº 49.951
Dirección Jurídica

2021-07-26 10:44:18.201856-04

N.º 321

DYSA HEALTHCARE S.A.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	45.156.122.776		52.457.123.192		51.837.817.632			CUMPLE
	Pasivo corriente	29.511.266.200	1,53	33.453.747.990	1,57	21.369.553.873	2,43	**1.84**	
Endeudamiento	Pasivo total	32.072.373.174		35.666.555.720		28.528.179.170			CUMPLE
	Activo total	54.934.539.179	0,58	62.956.179.142	0,57	55.880.652.845	0,51	**0.55**	
Rentabiliad	Utilidad neta	2.788.903.124		5.662.466.040		1.788.179.694			CUMPLE
	Capital	14.000.000.000	0,20	16.000.000.000	0,35	16.000.000.000	0,11	**0.22**	
Capital	Activo corriente					51.837.817.632			CUMPLE
	Pasivo corriente					21.369.553.873	30.468.263.759	**5.072.625.000**	
									600.000.000

FALCON COM. & IND. S.A.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	7.554.987.948		9.003.999.256		15.959.810.522			CUMPLE
	Pasivo corriente	3.243.719.283	2,33	4.162.348.432	2,16	3.245.255.429	4,92	**3,14**	
Endeudamiento	Pasivo total	3.243.719.283		4.162.348.508		3.245.255.429			CUMPLE
	Activo total	7.820.595.747	0,41	9.178.306.986	0,45	16.162.277.459	0,20	**0,36**	
Rentabiliad	Utilidad neta	148.543.603		414.261.927		2.753.012.100			CUMPLE
	Capital	1.600.000.000	0,09	1.600.000.000	0,26	1.000.000.000	2,75	**1,03**	
Capital	Activo corriente					15.959.810.522			CUMPLE
	Pasivo corriente					3.245.255.429	12.714.555.093	**2.847.900.000**	
									850.000.000

13 RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas y la Resoluciones DNCP N° 1890/20 que se encuentra vigente desde de fecha 07 de mayo de 2020, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con sugerencia de Adjudicar a la firma **DYSA HEALTHCARE S.A.** por cumplir con los requisitos legales y técnicos, según Planilla Anexa.-

Es nuestro informe

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. 5.449.051
DIRECCIÓN JURÍDICA

Abg. Rodrigo Viveros
Dirección Jurídica

Ing. Mario Alberto Leiva
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Sección Administración de Equipos e Insumos

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04

ANEXO I

320

DYSA HEALTHCARE S.A

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD	IMTMEDICAL	SINGAPUR	UNIDAD	UNIDAD	5	120.000.000	600.000.000
MONTO TOTAL									600.000.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 44/20 " ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DEL IPS" son Gs. 600.000.000 (Guaraníes Seiscientos Millones).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. MARIO LEIVA
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 40.851
DIRECCION JURIDICA

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-07-26 10:44:18.201856-04