# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2021
## "ADQUISICIÓN DE MAMÓGRAFO DIGITAL - MSPYBS" – ID N° 388.465

En la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 18 días del mes octubre de 2021, siendo las 14:00 horas, se inicia el Acto de Evaluación de Ofertas en el marco de la contratación de referencia, convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El proceso cuenta con Resolución S.G. N° 712/2021 de fecha 22/06/2021 *"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 11/2021 "ADQUISICIÓN DE MAMÓGRAFO DIGITAL - MSPYBS" – ID N° 388.465.-*

Para tal efecto, conforme notas obrantes en el expediente, se designan a los siguientes funcionarios para conformar el Comité de Evaluación de Ofertas:

- **Ing. Gustavo Cuevas,** Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
- **Lic. Luis Espínola,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF).
- **Lic. Leticia Segovia,** Representante de la Dirección Financiera.

**ANTECEDENTES:**

Nota MSPyBS/DGGIES/DG N° 147.263/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud remite el expediente y solicita el inicio del llamado.

Dictamen DOC N° 184/2021 del 10 de agosto de 2021 *"POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES".*

Que, se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para una eventual adjudicación. Asimismo, es de carácter plurianual, por lo que las partidas presupuestarias para el siguiente ejercicio fiscal se encuentran sujetas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal 2022.

**ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES FÍSICOS:**

En fecha 14 de octubre del 2021, se labró el Acta de Sesión Pública Virtual, resultante del proceso de Subasta a la Baja Electrónica, observándose **08 (ocho)** participantes: **(1)** ALTEC S.A., **(2)** DYSA HEALTHCARE S.A., **(3)** JACK FACK S.R.L., **(4)** SOLUMEDIC S.A., **(5)** FALCON COM.& IND. S.A., **(6)** MEDHECO S.R.L., **(7)** SUMI S.A. y **(8)** EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario No. 2992/2019, se llevó a cabo el acto de Recepción y Apertura de Sobres Físicos en fecha 15 de octubre de 2021 a las 11:15 horas, en el Departamento de Licitaciones – DOC – Nivel Central, observándose la recepción de los sobres de las **(08) ocho** firmas participantes de la subasta electrónica.

**OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA:**

**La empresa DYSA HEALTHCARE S.A. a través de su representante BENJAMÍN DIAZ DE BEDOYA, señala cuanto sigue:**

CONTRA LA FIRMA ALTEC S.A.: Como es posible que una firma que se hace llamar "Pequeña" participe en llamados de más de 4 mil millones de Guaraníes? Claramente, la firma ALTEC, se encuentra en una situación totalmente irregular al estar categorizada como "Pequeña", ya que saca

Lic. Luis Espínola
Representante
D.G.A.F. - S.B.E. y B.S

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
Ingeniería Biomédica

Lic. Leticia Segovia
D.G.P.P.
Dirección Financiera
S.B.E. y B.S

ventajas por dicha condición y claramente ha dejado de ser pequeña empresa. De lo Expresado puede tomar razón la DNCP y lo propia convocante al analizar el nivel de facturación de dicha empresa. Sugerimos a la DNCP, la apertura de un Sumario Administrativo para dilucidar las razones por las que dicha firma sigue en la Categoría de "Pequeño". Se adjunta lo expresado en la Ley 4457/12, Art. 5 y el Decreto Reglamentario N° 11453/13 Art. 4°, no menos importante es señalar que la firma ALTEC, no posee experiencia en la instalación, provisión ni servicios de Mantenimientos de Mamógrafos, lo que resta seriedad a su oferta.

**(*) Esta categorización la realiza la DNCP, por lo que, no corresponde un descargo por parte de este comité.**

CONTRA LA FIRMA ELIZECHE S.A.C.: La carta de representación emitido por el fabricante Siemens venció en fecha 30/09/2021, no esta vigente al momento de la Apertura de Ofertas ni de la Carga de la Subasta. La DDJJ, presentada a fojas 25 de su oferta, no esta contemplada en el Pliego de Bases y Condiciones, lo que demuestra claramente que no cumple con el requisito y deben ser descalificadas. Los Certificados de calidad presentados en los folios 83 al 85, no corresponde al fabricante indicado por el oferente en el Acta de Subasta. En el Acta de Subasta se indica el fabricante ubicado en Alemania, y el presentado en la oferta es otro fabricante de procedencia "Siemens Shanghai Medical Equipment Ltda", con ubicación en Shangai. En la planilla de datos garantizados, en el folio 101 no cotiza, no se señala ni indica en el ítem 9, impresora de Placa Marca y Modelo. Por lo tanto no cumple con los ítems solicitados. No presenta catalogo o folletos normales donde se constate el cumplimiento de las EETT.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** *Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de la documentación formal y las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe.*

CONTRA LA FIRMA FALCON S.A.

BENJAMÍN DÍAZ DE BEDOYA, señala cuanto sigue: La firma FALCON COM. E IND. Se sigue presentando descaradamente a llamados a Licitación Pública a pesar de ser uno de los peores proveedores del Estado Paraguayo, incumpliendo reiteradas veces en las obligaciones asumidas con los distintos entes contratantes. Cuenta inclusive con sanciones de la Itaipu Binacional y fue sancionado también por la DNCP.

Adjuntamos a esta Hoja de Observaciones el oscuro antecedente de la Firma Falcon.

Por otro lado, felicitamos a la firma Falcon por haber aprendido a cargar el modelo de equipo ofertado, después de haber sido protestado por dicha omisión en el ítem 3 de la LPN N° 82/2020.

**(*) En cuanto a los incumplimientos contractuales, se tendrá en cuenta lo previsto en el Art. 40 de la Ley 2051. Las demás observaciones no guardan relación con el proceso, por lo que, no corresponde un descargo por parte de este comité.**

CONTRA LA FIRMA MEDHECO S.R.L.

BENJAMÍN DÍAZ DE BEDOYA, señala cuanto sigue: Oferente MEDHECO S.R.L. no cumple con la certificación FDA presentada, ya que en la oferta (acta de subasta) declarar al fabricante del equipo a "Fujifilm Corporation" y en la oferta, folio # 45 se presenta certificado del fabricante "Fujifilm Medical Systems USA Inc." con dirección en "419 Avenue Standford" siendo otra fábrica la declarada en el ISO 13485 presente en el folio "49 con dirección en "Tokyo – Japón". Por lo tanto, el certificado FDA presentado no se debe considerar valido ya que es otra fábrica. En el ítem

Lic. Luis Tentoola Supervisor U.C.T.L. - RRP y BS
Ing. Casiavo Cuevas Jefe Dpto. Información Tecnologías Sección Biomédica
Lic. Leticia Segovia D.C.P. - D. Financiera R.R.S. y B.S.

9 "Impresoras de Placas" (Pág. 34) no se cotiza, no se indica ni señala impresora de placas marca y modelo como debe ser. No se presenta en la oferta catálogos, folletos, manuales que indiquen el cumplimiento de las EE.TT.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de la documentación formal y las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe.

CONTRA LA FIRMA ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

BENJAMÍN DÍAZ DE BEDOYA, señala cuanto sigue: Oferta ALTAS TECNOLOGÍAS S.A., en la tabla de datos presente en el Acta de Subasta, en la columna del nombre del fabricante del equipo, que no corresponde con los fabricantes existentes y actuales de la marca Perlove, que son "Hanging Perlove Medical Equipment Co. Ltd" y "Zhuhori Perlead Medical Equipment Co. Ltd" respectivamente cuyo certificados adjuntamos. Ninguno de estos corresponde a lo indicado por ALTAS TECNOLOGÍAS S.A, en su oferta y volvemos en el Folio #84 se observa que el nombre del fabricante difiere del indicado en la oferta en el Acta de Subasta. En el folio #101 en el ítem #9 Impresoras de Placas, no señalan, no indican marca y modelo de la impresora de placa cotizada. En la oferta no presentan documentación como certificados de calidad, catálogos, folletos, o manuales que indiquen el cumplimiento de las EE.TT.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de la documentación formal y las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe.

**La empresa ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. a través de su representante JOSÉ CHIRIANI, señala cuanto sigue:**

CONTRA LA FIRMA DYSA HEALTHCARE S.A.

- En la planilla de Precios, no coloca el precio total en la celda habilitada para el efecto, dejándola en blanco, lo que representa un error sustancial
- Garantía de mantenimiento de oferta: el PBC solicita una vigencia de 160 días a partir de la fecha de competencia de la subasta. La garantía presentada por DYSA HEALTHCARE S.A es de 159 días desde la etapa de competencia, no cumpliendo así con lo solicitado en el PBC en un documento de carácter sustancial la vigencia debió ser de 160 días a partir del 14/10/2021. DYSA HEALTHCARE S.A presentó vigencia de 160 días a partir del 13/10/2021.
- Constancia de RUC: presenta error en el nombre de la empresa, en el encabezado dice Distribuidora Ypacarai S.A. y en el cuerpo, DYSA HEALTHCARE S.A, creando discrepancia.
- Constancia de RUC: No declara como actividad principal ni secundaria la comercialización de equipos médicos, lo cual no le habilita legalmente a comercializar los mismos.
- Constancia IPS: Presenta discrepancia en la cantidad de funcionarios declarados en la Constancia de IPS contra lo declarado en la constancia SIPE.
- No presenta formulario de accionistas.
- No presenta Certificado de Cumplimiento Tributario.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de la documentación sustancial

Lic. Luis Espinola
Supervisor
C.A.M. - SSS y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
Ingeniería Biomédica

Lic. Letizia Sequovia
C.P.N. D. Financiera
C.A.M. - SSS y BS

y formal así como las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe.

CONTRA LA FIRMA SUMI:

- A la firma SUMI. Presenta garantía de mantenimiento de oferta con una vigencia de 159 días a partir de la fecha de competencia por subasta (14/10/2021) debiendo ser una vigencia de 160 días a partir del 14/10/2021, según solicita el PBC.

**(*) Lo observado corresponde al análisis de la documentación sustancial, por lo que será analizado posteriormente.**

**La empresa EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C., a través de su representante ALEJANDRA RIVEROS MACEDO, señala cuanto sigue:**

- CONTRA LA FIRMA ALTEC S.A.: No presenta autorización expedida por la ARNN en categoría I, II, III. No presenta registro sanitario del equipo ofertado. No presenta catálogo del equipo ofertado. No presenta los formularios para acreditar Capacidad Financiera.
- CONTRA LA FIRMA SUMI: No presenta autorización de la ARRN en las categorías II y II. No presenta autorización de DNVS en servicio técnico. No presenta los formularios para acreditar capacidad financiera.
- CONTRA LA FIRMA DYSA S.A.: No presenta patente comercial. Declaración de miembros. Constancia de declaración jurada de Bienes de la CGR. No presenta documentos para acreditar capacidad financiera ni experiencia requerida. No presenta catálogo. No presenta autorización del fabricante. No presenta registros ni habilitaciones emitidas por DNVS y ARRN. No presenta Registro Sanitario y Constancia de Buenas Practicas, No presenta plantel con (TOE).
- CONTRA LA FIRMA JACK FACK: Se debe verificar la omisión en el Acta de SBE del modelo ofertado. Si esto afecta o no a la determinación del bien. Art. 56 Res DNCP 399/2020.
- Presenta en trámite autorización TOC de su plantel técnico. Debe estar emitido con fecha anterior a la apertura para su validez en esta LPN.
- CONTRA LA FIRMA SOLUMEDIC S.A.: No presenta declaración jurada de bienes y rentas ante la CGR. No presenta patente comercial. No presenta documentos p/ acreditar capacidad financiera. No presenta registros ni habilitaciones de la DNVS y ARNN. No presenta buenas prácticas. No presenta plantel con TOC. No presenta autorización del fabricante debidamente legalizado.
- CONTRA LA FIRMA FALCON COM.: No acredita experiencia requerida y capacidad financiera. No presenta registros uy habilitaciones de la DNVS y ARRN. No presenta Buenas Practicas. No presenta plantel TOC. No presenta autorización del fabricante. No presenta catálogo. No presenta declaración jurada de bienes y rentas ante la CGR.
- CONTRA LA FIRMA MEDHECO S.R.L.: No acredita el porcentaje de experiencia requerida. No presenta Registro Sanitario ni plantel con autorización TOC. No presenta habilitaciones ARRN en categorías I, II, III, IV y V.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de la documentación formal y las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe.

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.E.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Dpto. Información Tecnología
Biomedica

Lic. Leticia Segovia
C.P.N.
D. Financiera
M.S.P. y B.S.

**La empresa DYSA HEALTHCARE S.A. a través de su representante BENJAMÍN DÍAZ DE BEDOYA, señala cuanto sigue:**

- CONTRA LA FIRMA JACK FACK S.R.L.: El oferente JACK FACK S.R.L., completó el modelo del equipo como "N/A", en el acta de subasta se puede observar en el listado de propuestas cargado por el proveedor (Pág. 13) y en la oferta presentada en el folio #11 en la planilla de datos han colocado modelo "Pinkview – IR PLUS. Esta irregularidad descalifica totalmente a este oferente siendo que prevalece lo manifestado en el acta de subasta. En el folio #13, en el ítem #9 "Impresoras de Placas" no cotizaban, no indicaron marca y modelo de la impresora de placas, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las EE.TT. No presentan catálogos, folletos ni manuales de impresora.
- CONTRA LA FIRMA FALCON: No presenta en la Planilla de datos garantizados, EE.TT., catálogos, certificados y ningún manual de referencia que señale el cumplimiento de las EE.TT.
- CONTRA LA FIRMA ELIZECHE S.A.C.: Se recomienda a la firma Eduardo Elizeche S.A.C. que deje de lado el intento de competencia desleal, escribiendo a nuestro proveedor a pedir información del equipo ofertado por DYSA S.A. Se adjunta evidencia (correo electrónico) enviado por un representante de la firma Elizeche S.A.C. tan solo 10 minutos posteriores a la publicación del Acta de Subasta. Esto, además de ser un juego infantil y poco serio, puede ocasionar denuncias legales. En cualquier país de primer mundo, el accionar de la firma Elizeche implicaría la sanción ejemplar y la prohibición de participar en llamados públicos. Es hora que la DNCP intervenga en este tipo de conductas totalmente desleales, cruzando la barrera de la desesperación por terminar últimos en la subasta.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de la documentación formal y las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe. Por otra parte, la última observación no guarda relación con el proceso "licitatorio", por lo que, no corresponde un descargo por parte de este comité.

**La empresa ELIZECHE S.A.C., a través de su representante JUAN IGNACIO SOSA, señala cuanto sigue:**

- CONTRA LA FIRMA DYSA S.A.
- No presenta catálogo. Se sugiere solicitar catálogo de fábrica.
- Según catalogo obtenido en internet, el equipo no cumple con las siguientes EE.TT.
- Capacidad de Almacenamiento en estación de trabajo y adquisición.
- Velocidad del ánodo.
- Capacidad calórica de tubo.
- CONTRA LA JACK FACK S.R.L.: En acta de subasta no declaro modelo. El catalogo presentado no cuenta con la totalidad de la información.

  Se solicita revisar:
- Tamaño del detector.
- Velocidad del ánodo.
- Capacidad cobrica de tubo.

Lic. Luis Espínola
Supervisor
D.C.P.P. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
D.C.P.P. - MSP y BS

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
MSP y BS

- Líneas pares por milímetros de detector.

  CONTRA LA FIRMA MEDHECO S.R.L.: El catalogo presentado en carpeta no cuenta con la totalidad de la información del equipo. Según información en internet del equipo no cumple con:

  Capacidad calórica de carcasa (Fuji 500 KHV – EETT 2430 KHV).

- Detector de 5 lplm Fuji 5,8 lplm EE.TT.
- Se sugiere verificar velocidad del ánodo.
- CONTRA LA SOLUMEDIC S.A.: No presenta catálogo. Se sugiere revisar el catálogo de fábrica acorde al catálogo obtenido en internet, no cumple con las siguientes EE.TT.:
- Capacidad calórica de carcasa. BMI 440 KHV – EETT – 2430 KHV.
- Detector de Selenio amorfo (EETT solicita silicio amorfo).
- Detector de 5 lplm (EETT solicita 5,8 lplm.)
- Se solicita revisar velocidad del ánodo.
- CONTRA LA FIRMA ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.:
- No presenta catálogo. Se sugiere solicitar catálogo de fábrica.
- De acuerdo a EETT obtenidas del modelo ofertado en internet, no cumple con los siguientes puntos.
- Rango de más Mega 600: 10 – 510 EETT 5 – 500.
- Velocidad del ánodo 2800/1000 (gama 600). EETT solicita 8000 o superior.
- Detector de 18x24, se pide 24x30.
- Se sugiere revisar capacidad calórica de tubo, velocidad de exposición y resolución de monitor.
- CONTRA LA FIRMA FALCON CISA:
- No presenta catálogo. Se recomienda solicitar catálogo de fábrica.
- Acorde a catalogo obtenido en internet, el equipo no cumple con las siguientes EETT.
- Detector de 23x29 (24x30 solicitado).
- Detector de Selenio Amorfo (solicitado silicio amorfo).

  Detector de 5lplm (se solicita 5,8 lplm). Se solicita verificar velocidad del ánodo y capacidad calórica de carcasa.

**DESCARGO DEL COMITÉ:** Sobre las observaciones realizadas, el Comité de Evaluación realizará las consultas y verificaciones correspondientes al momento del análisis de las Especificaciones Técnicas, en el ANEXO III, si las firmas fueren pasibles de adjudicación. Así como de las documentaciones, conforme se desarrolle el presente informe.

## 1. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:

Conforme a los requisitos de calificación dispuestos en el Artículo 61° del Decreto N° 2992/2019, se verificaron los documentos de carácter sustancial que componen las ofertas presentadas. Se estableció que, a los efectos de indicar su cumplimiento se utilizará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE:

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.O.T.A. – SGP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Dpto. Información Tecnologías
Biomedica

Lic. Leticia Segovia
D.G.P.P. – D. Financiera
M.S.P. y B.S.

| Nº | OFERENTES | FORMULARIO DE OFERTA Y PLANILLA DE PRECIOS | GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DEL OFERENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | JACK FACK S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | ALTAS TECNOLOGIAS S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | SOLUMEDIC S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | MEDHECO S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | FALCON COM & IND. S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | SUMI S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | DYSA HELTHCARE S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Con relación a las observaciones del Acta de Apertura:

- En la planilla de Precios, no coloca el precio total en la celda habilitada para el efecto, dejándola en blanco, lo que representa un error sustancial

***Lo observado corresponde a una omisión enmarcada en la Resolución DNCP N° 1399/2020, no constituyendo una desviación de la oferta ni provocando confusión alguna al comité de evaluación.***

- Garantía de mantenimiento de oferta: el PBC solicita una vigencia de 160 días a partir de la fecha de competencia de la subasta. La garantía presentada por DYSA HEALTHCARE S.A es de 159 días desde la etapa de competencia, no cumpliendo así con lo solicitado en el PBC en un documento de carácter sustancial la vigencia debió ser de 160 días a partir del 14/10/2021. DYSA HEALTHCARE S.A presentó vigencia de 160 días a partir del 13/10/2021.

- A la firma SUMI. Presenta garantía de mantenimiento de oferta con una vigencia de 159 días a partir de la fecha de competencia por subasta (14/10/2021) debiendo ser una vigencia de 160 días a partir del 14/10/2021, según solicita el PBC.

*La vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas solicitada es 160 días contados a partir de la fecha del inicio de la etapa competitiva, es decir 14/10/2021, debiendo finalizar como mínimo el 22/03/2021. A continuación, se detalla la cantidad de días que debe cubrir la garantía:*

| | |
|---|---|
| *Octubre* | *18* |
| *Noviembre* | *30* |
| *Diciembre* | *31* |
| *Enero* | *31* |
| *Febrero* | *28* |
| *Marzo* | *22* |
| *Total* | *160* |

*En tal sentido, las observaciones en contra de DYSA HEALTHCARE S.A. y SUMI S.A. carecen de fundamento, puesto que cumplen con la vigencia mínima requerida en las bases y condiciones.*

Para determinar que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a) y b) de la Ley 2051/03, este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.paraguay.gov.py) si las personas citadas más abajo, Representantes de las

Lic. Luis Espínola Supervisor U.C.T.A. - MSP y BS
Ing. Gustavo Cuevas Dpto. Información Tecnologica Suministros Médicos
Lic. Leticia Segovia U.C.P.P. - D. Financiera MSP y BS

firmas oferentes; figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el siguiente cuadro y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta.

| 1. EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 458.593 | PATRICIA MARGARITA GRANDA DE SERRATI | 2048506 | NO REGISTRA DATOS |
| 134.959 | JOSÉ ROMUALDO GRANDA FLORES | 2048551 | NO REGISTRA DATOS |
| 350.040 | MAURICIO SERRATI SINGER | 2048575 | NO REGISTRA DATOS |
| 2.463.292 | PAULINA GRANDA SERRATI | 2048597 | NO REGISTRA DATOS |
| 3.563.645 | NICOLAS SERRATI GRANDA | 2048610 | NO REGISTRA DATOS |
| 3.977.714 | LAURA M LETICIA SERRATI GRANDA | 2048633 | *AÑO 2021 DOCENTE |
| 3.583.509 | ISABELLA SERRATI GRANDA | 2048665 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.976.643 | MARIO NETTO SERRATI | 2048688 | NO REGISTRA DATOS |

| 2. JACK FACK S.R.L. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 862.989 | QUIRNO FEDERICO CODAS THOMPSON LLANO | 2048827 | NO REGISTRA DATOS |
| 218.310 | HUGO CODAS THOMPSON BENZA | 2048855 | NO REGISTRA DATOS |
| 308.532 | FLORENCIA MARIA TERESA LLANO DE CODAS THOMPSON | 2048866 | NO REGISTRA DATOS |

| 3. ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 3.757.965 | MARCOS ANTOLIANO MARIN ROJAS | 2048972 | NO REGISTRA DATOS |
| 3.424.620 | LAURO MIGUEL BRITEZ LEGUIZAMON | 2048996 | NO REGISTRA DATOS |

| 4. SOLUMEDIC S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 1.813.412 | LIZ ADOLFINA ISABEL CHAMORRO FERREIRA | 2049092 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.051.197 | VICTOR RAMON CABAÑAS FERNANDEZ | 2049119 | NO REGISTRA DATOS |
| 4.699.081 | ADRIANA LIZ NAHYR CABAÑAS FERNANDEZ | 2049134 | AÑO 2019 |
| 1.842.103 | DIANA MARIA GONZALEZ PONESSA | 2049151 | NO REGISTRA DATOS |
| 4.505.911 | CINTHIA LILIANA SANCHEZ CANDIA | 2049171 | NO REGISTRA DATOS |

| 5. MEDHECO S.R.L. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 995.487 | ZULMA ELIZABETH MARTINEZ RECALDE | 2049332 | NO REGISTRA DATOS |
| 4.467.112 | FERNANDO RUBEN MARTINEZ | 2049345 | NO REGISTRA DATOS |

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
U.C.T.A. - MSP y BS

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiero
MSP y B.S

| 6. FALCON COM & IND. S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 1.167.297 | RODOLFO DARIO ARCE GODOY | 2049413 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.167.298 | WALTER DENIS ARCE GODOY | 2049430 | NO REGISTRA DATOS |
| 923.855 | CHRISTIAN VIDAL ARCE GODOY | 2049447 | NO REGISTRA DATOS |
| 202.690 | BEATRIZ GODOY VIUDA DE ARCE | 2049466 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.477.658 | VIVIANA LISETTE ARCE GODOY | 2049481 | NO REGISTRA DATOS |

| 7. SUMI S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 990.840 | SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA | 2052120 | NO REGISTRA DATOS |
| 749.216 | YASUTAKA TAKAOKA TAMARU | 2052146 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.680.043 | JOSIAS IVAN BEDOYA ORTIZ | 2052164 | NO REGISTRA DATOS |
| 3.769.373 | CARLOS MANUEL SOLIS GONZALEZ | 2052179 | NO REGISTRA DATOS |

| 8. DYSA S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 424.973 | RICARDO HELLMERS FONCECA | 2052305 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.455.624 | RICARDO ARTURO HELLMERS LLANO | 2052341 | NO REGISTRA DATOS |
| 2.392.801 | JUAN CARLOS PETENGILL CASTILLO | 2052407 | NO REGISTRA DATOS |
| 401.727 | LUIS ALBERTO PETENGILL VACCA | 2052437 | NO REGISTRA DATOS |
| 608.021 | FLORENCIA LLANO DE HELLMERS | 2052461 | NO REGISTRA DATOS |
| 1.580.571 | FEDERICO GUILLERMO HELLMERS LLANO | 2052485 | NO REGISTRA DATOS |
| 2.511.536 | LUCIA INES HELLMERS LLANO | 2052503 | NO REGISTRA DATOS |
| 2.156.784 | IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN | 2052513 | AÑO 2015 |
| 2.540.397 | JUAN BENJAMIN DIAZ DE BEDOYA QUEVEDO | 2052527 | NO REGISTRA DATOS |

La información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Además, vale mencionar:

Que, conforme Memorándum DLIC N° 1390/2021 de fecha 19/10/2021, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40 inciso "c" de la Ley 2051/03.

Que, mediante Memorándum D.G.A.J. N° 4439/2021, de fecha 22/10/2021, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: "*que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedentes ni Resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRATO CONTRACTUAL con las empresas "EDUARDO ELIZACHE S.A.C.S.A, JACK FACK S.R.L., ALTAS TECNOLOGÍAS S.A., MEDHECO S.R.L. FALCON COM E IND S.A. SUMI S.A. Y DYSA HEALTHCARE S.A.", a partir del ejercicio fiscal 2018 hasta la fecha.*" Continúan informando que "*existen Resoluciones A.J. N° 770/18, 84/19 "Por la cual se inicia el procedimiento de rescisión y se aplica multa contractual y se deja sin efecto la Res. AJ N° 77/18, de la empresa SOLUMEDIC S.A.*

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.P.P. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
U.C.P.P. - Biomédica

Lic. Leticia Segovia
U.C.P.P. - Financiera
M.S.P. y B.S

Así también, según Memorándum D.E.C. N° 532/2021 de fecha 25/10/2021, el Departamento de Ejecución de Contratos - DGAF, informa en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 40 inc. e) requerido por Memorando DLIC Nº 1389/2021 de fecha 19/10/2021 cuanto sigue: *"Según los registros del Sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la Institución, obrante en esta dependencia no se registran expedientes por incumplimiento contractual."*

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos m) y n) de las empresas participantes, observando que ningún oferente ni aquellos sujetos mencionados en estos incisos; han sido sancionados por la DNCP, conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 6716/21.

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, *determina que la empresa participante no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40 de la Ley 2051/03*.

## 2. SOLICITUDES DE DOCUMENTACIONES FORMALES Y ACLARACIONES:

En virtud a lo dispuesto por la Ley y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a las ofertas presentadas en los siguientes términos:

| 1. SOLUMEDIC S.A. | |
|---|---|
| ***Se solicita según Nota DLIC 1440/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | **Respuesta del Oferente** |
| • Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 (**). | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1524/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Balance General y Estado de Resultados de los años 2018, 2019, 2020 para contribuyente de IRACIS / IRE GENERAL. | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1609/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos con la debida traducción al español, sí correspondiere. | No presenta |
| • Autorización del fabricante para el oferente Importador y/o Distribuidor del producto ofertado. La Autorización del Fabricante debe estar debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. | No presenta |
| • Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares. | No presenta |
| • Norma ISO 13485. | No presenta |
| • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. | No presenta |
| • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. | Cumple |
| • Constancia o Renovación de Constancia de Inscripción a la empresa encargada de realizar la Importación de fuentes de radiación ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | No presenta |
| • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1,2,3,4,5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN Nº 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | No presenta |
| • Planilla de plantel técnico encargado para los servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para Trabajador Ocupacionalmente Expuesto | No presenta |

Lic. Luis Espínola
Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica
Lic. Leticia Sedovia
D.G.P.F. - Financiero
U.G.S.A. - MSP y BS

| | |
|---|---|
| (TOE). Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014. | |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1780/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Autorización del fabricante para el oferente Importador y/o Distribuidor del producto ofertado. La Autorización del Fabricante debe estar debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. | Presenta |
| • Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares. | No presenta |
| • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. | No presenta |
| • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1, 2, 3, 4, 5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN N° 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | No presenta |

| **2. MEDHECO S.R.L.** | |
|---|---|
| ***Se solicita según Nota DLIC 1441/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | **Respuesta del Oferente** |
| • Certificado de Cumplimiento tributario | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1488/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Certificado de Cumplimiento tributario, con vigencia antes del inicio de la etapa competitiva de la Subasta. | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1526/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Presentar el Acta de Recepción de la Factura N° 001-001-0000528 de Gs. 515.000.000.- emitida al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1779/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • El folleto presentado no está en español, no se verifican las Especificaciones técnicas solicitada en el PBC folio 40 al 42, se solicita Catálogo o folleto técnico donde se constate lo solicitado en el PBC. | Presenta |
| • Autorización del fabricante para el oferente Importador y/o Distribuidor del producto ofertado. La Autorización del Fabricante debe estar debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. | Presenta |
| • Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares del bien ofertado. | Presenta |
| • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1,2,3,4,5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN N° 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | No Presenta |
| • Planilla de plantel técnico encargado para los servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014. | No Presenta |
| • Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos y/o dispositivos médicos, emitido por el MSPBS de la empresa cotizante. | Presenta |

| **3. FALCON COM & IND S.A.** | |
|---|---|
| ***Se solicita según Nota DLIC 1442/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | **Respuesta del Oferente** |
| • Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. | Presenta |
| • Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar, Sección Formularios | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1523/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Lic. Leticia Segovia
D. Financiero
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| • Copias de Contratos Finalizados, y/o facturaciones de ventas que avalen la experiencia en provisión de Equipos y/o Dispositivos Médicos en cualquiera de los Ejercicios Fiscales 2018 – 2019 – 2020.- | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1608/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos con la debida traducción al español, sí correspondiere. | No presenta |
| • Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos expedida por la DNVS, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | No presenta |
| • Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos y/o dispositivos médicos, emitido por el MSPBS. | No presenta |
| • Planilla de datos garantizados en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto en la Sección Formularios. | No presenta |
| • Autorización del fabricante para el oferente Importador y/o Distribuidor del producto ofertado. La Autorización del Fabricante debe estar debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. | No presenta |
| • Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares. | No presenta |
| • Norma ISO 13485. | No presenta |
| • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. | No presenta |
| • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. | No presenta |
| • Constancia o Renovación de Constancia de Inscripción a la empresa encargada de realizar la Importación de fuentes de radiación ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | No presenta |
| • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1,2,3,4,5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN Nº 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | No presenta |
| • Planilla de plantel técnico encargado para los servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014. | No presenta |

| **4. DYSA HEALTHCARE S.A.** | |
|---|---|
| ***Se solicita según Nota DLIC 1443/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | **Respuesta del Oferente** |
| • Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. | Presenta |
| • Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar, Sección Formularios. | Presenta |
| • Certificado de Cumplimiento tributario | Presenta |
| • Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1489/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Certificado de Cumplimiento tributario, con vigencia antes del inicio de la etapa competitiva de la Subasta | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1522/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |

Lic. Luis Espínola Supervisor U.C.T.A. - MSP y BS
Ing. Gustavo Cuevas Jefe Dpto. Información Tecnológica Ingeniería Biomédica
Lic. Leticia Segovia D.C.P.P. - D. Financiero M.S.P. Y B.S.

| | |
|---|---|
| • Balance General y Estado de Resultados de los años 2018, 2019, 2020 para contribuyente de IRACIS / IRE GENERAL. | Presenta |
| • Copias de Contratos Finalizados, y/o facturaciones de ventas que avalen la experiencia en provisión de Equipos y/o Dispositivos Médicos en cualquiera de los Ejercicios Fiscales 2018 – 2019 – 2020.- | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1607/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos con la debida traducción al español, sí correspondiere. | Presenta |
| • Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos expedida por la DNVS, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | Presenta |
| • Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos y/o dispositivos médicos, emitido por el MSPBS. | Presenta |
| • Autorización del fabricante para el oferente Importador y/o Distribuidor del producto ofertado. La Autorización del Fabricante debe estar debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. | Presenta |
| • Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares. | Presenta |
| • Norma ISO 13485. | Presenta |
| • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. | Presenta |
| • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. | Presenta |
| • Constancia o Renovación de Constancia de Inscripción a la empresa encargada de realizar la Importación de fuentes de radiación ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | Presenta |
| • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1, 2, 3, 4, 5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN Nº 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | Presenta |
| • Planilla de plantel técnico encargado para los servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014. | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1878/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | |
| • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos con la debida traducción al español, sí correspondiere. Con relación a este requerimiento, se observa que lo remitido anteriormente corresponde a un catálogo comercial, no así uno técnico donde se pueda visualizar la totalidad de las especificaciones técnicas del equipo ofertado. El mismo debe estar traducido al español. | Presenta |
| • Planilla de datos garantizados, (aclarando las especificaciones técnicas en cuanto a los rangos ofertados, indicando el folio/punto exacto del catálogo donde se constata el cumplimiento). Atendiendo a que en lo presentado no pueden determinarse los rangos ofertados referenciados en el catálogo. | Presenta |

| **5. ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.** | |
|---|---|
| ***Se solicita según Nota DLIC 1525/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | **Respuesta del Oferente** |
| • Balance General y Estado de Resultados del año 2020 para contribuyente de IRACIS / IRE GENERAL. El documento presentado con su oferta se encuentra incompleto. | Presenta |
| ***Se solicita según Nota DLIC 1610/2021*** | |
| **Documento / Aclaración** | **Respuesta del Oferente** |
| • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos con la debida traducción al español, sí correspondiere. | Presenta |
| • Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares. | Presenta |
| • Norma ISO 13485. | Presenta |
| • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. | Presenta |

*Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.*

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Lic. Leticia Segovia
Financiera
U.C.T.A. - MSP y BS

## 3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

Se elaboró el Cuadro Comparativo de Ofertas por cada Ítem ofertado, considerando el sistema de adjudicación. Se anexa el cuadro al presente Informe de Evaluación. **(ANEXO I).**

En virtud a que en el punto 2 del presente informe y al Cuadro Comparativo de Ofertas, conforme a los puntos 4 y 5 del inciso "a" del Art. 63 del Decreto N° 2992/19, se procederá a evaluar a las dos mejores ofertas, pasibles de adjudicación a partir de este apartado.

**CORRECCIONES ARITMÉTICAS.**

Por Nota DLIC N° 1836/2021 se le solicita a DYSA corrección aritmética del ítem 01, la empresa contesta aceptando dicha corrección.-

**ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.**

Se verifica que todos los precios ofertados, se encuentran dentro de los márgenes permitidos.

**MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES**

Este criterio NO APLICA, debido a que no se ofertan productos de procedencia Nacional.

**MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL)**

Este criterio NO APLICA.

**CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS**

NO APLICA.

## 4. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS:

Según lo establecido en las bases y condiciones del llamado, ser verificó la presentación y cumplimiento de los siguientes documentos:

De aquí en adelante, de conformidad a lo establecido en el Art. 63 del Decreto N° 2992/2019, será analizada la mejor oferta económica pasible de adjudicación ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. Asimismo se evaluará la segunda oferta DYSA HEALTHCARE S.A., debido al incumplimiento observado en la evaluación de la capacidad técnica de la mejor oferta.

| REF. | EMPRESA | CONSTANCIA SIPE N° |
|---|---|---|
| 1 | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | 1663738 |
| 2 | DYSA HEALTHCARE S.A. | 1664184 |

| CRITERIO | ABREVIATURA |
|---|---|
| Cumple | C |
| No cumple | NC |
| No presenta | NP |
| No Aplica | N/A |

| *DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA* | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A | DYSA HELTHCARE S.A. |
|---|---|---|
| 1. Formulario de Oferta (*) | **C** FS 1 al 3 | **C** FS 1 al 3 |
| 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) | **C** FS 4 al 6 | C FS 4 al 7 |
| 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**) | **C** SIPE FS 07 | **C** FS 11 |
| 4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | **N/A** | **N/A** |
| 5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**) | **C** FS 09 | **C** Nota Respuesta |

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica

Lic. Dencia Sogovia
J.C.P.P. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

| | | |
|---|---|---|
| 6. Declaración Jurada de Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) | C FS. 10 | C Nota Respuesta |
| 7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) | C FS 11 | C Nota Respuesta |
| 8. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | C FS 12 | C Nota Respuesta |
| 9. Documentos legales | | |
| 9.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas. | N/A | N/A |
| 9.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. | | |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | C SIPE FS 07 | C SIPE FS 8 |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | C SIPE FS 07 | C SIPE FS 8 |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | C SIPE FS 07 | C SIPE FS 8 |
| **9.3 Oferentes en Consorcio.** | N/A | N/A |

**En cuanto a las observaciones del acta de apertura:**

- Constancia de RUC: presenta error en el nombre de la empresa, en el encabezado dice Distribuidora Ypacarai S.A. y en el cuerpo, DYSA HEALTHCARE S.A, creando discrepancia.
- Constancia de RUC: No declara como actividad principal ni secundaria la comercialización de equipos médicos, lo cual no le habilita legalmente a comercializar los mismos.
- Constancia IPS: Presenta discrepancia en la cantidad de funcionarios declarados en la Constancia de IPS contra lo declarado en la constancia SIPE.

**Este comité se basa netamente en lo solicitado en las bases y condiciones, los errores / omisiones / discrepancias señalados deben ser observados por las entidades competentes. Asimismo, se han establecido los documentos necesarios para garantizar la capacidad técnica que habilite la participación de los oferentes.**

## 5. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

| REQUISITOS DOCUMENTALES | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A | DYSA HELTHCARE S.A. |
|---|---|---|
| Para contribuyente de IRACIS: Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad Financiera) | C | C |
| Para contribuyentes de IRPC: Presentación del Formulario N° 106.- | N/A | N/A |
| Para contribuyente de IRP: Presentación del Formulario N° 104.- | N/A | N/A |
| Para contribuyentes de IVA General: Presentación del Formulario N° 120.- | N/A | N/A |

| EMPRESA | ÍNDICE | PROMEDIO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | RATIO DE LIQUIDEZ | 6,86 | CUMPLE |
| | ENDEUDAMIENTO | 0,23 | |
| | RENTABILIDAD | 1,22 | |
| DYSA HEALTHCARE S.A. | RATIO DE LIQUIDEZ | 1,44 | CUMPLE |
| | ENDEUDAMIENTO | 0,65 | |
| | RENTABILIDAD | 0,18 | |

El detalle de los cálculos realizados, según INFORME ÁREA ECONOMICA FINANCIERA se podrá visualizar conforme al **(ANEXO II)**

Lic. Luis Espinola
Ing. Gustavo Cuevas
Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica
Lic. Leticia Segovia
Dpto. Financiero

## 6. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

| REQUISITOS DOCUMENTALES | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A | DYSA HELTHCARE S.A |
|---|---|---|
| *Copias de Contratos finalizados, y/o facturaciones de venta que avalen la experiencia en provisión de Equipos y/o Dispositivos Médicos en cualquiera de los Ejercicios Fiscales 2018 - 2019 - 2020.* | **C** Fs. 32-77 | **C** Nota de respuesta |

**ÍNDICE:** Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS y/o DISPOSITIVOS MÉDICOS con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto Ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020.

| EMPRESA | MONTO TOTAL OFERTADO | 25% DEL MONTO OFERTADO | FACTURACIONES DE VENTA Y/O CONTRATOS EJECUTADOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGÍAS | 3.549.000.000 | 887.250.000 | 2.802.372.563 | CUMPLE |
| DYSA | 3.550.000.000 | 887.500.000 | 4.309.986.581 | CUMPLE |

El detalle de los cálculos realizados, según INFORME ÁREA ECONOMICA FINANCIERA se podrá visualizar conforme al **(ANEXO II)**

## 7. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

| REQUISITOS DOCUMENTALES | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A | DYSA HELTHCARE S.A. |
|---|---|---|
| Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos con la debida traducción al español, sí correspondiere. | C Respuesta nota | C Respuesta nota |
| Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos expedida por la DNVS, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | C Fs. 78 | C Respuesta nota |
| Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos y/o dispositivos médicos, emitido por el MSPBS. | C Fs. 79 | C Respuesta nota |
| Planilla de datos garantizados en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto en la Sección Formularios. | C Fs. 99-102 | C Fs. 12-17 |
| Autorización del fabricante para el oferente Importador y/o Distribuidor del producto ofertado. La Autorización del Fabricante debe estar debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. | C Fs. 80-89 | C Respuesta nota |
| Normas de calidad FDA, CE, JIS, normas del Mercosur, o similares. | C Respuesta nota | C Respuesta nota |
| Norma ISO 13485. | C Respuesta nota | C Respuesta nota |
| Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyB. | NO CUMPLE / presenta documento de inicio de registro | C Respuesta nota |
| Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. | C Fs. 90 | C Respuesta nota |
| Constancia o Renovación de Constancia de Inscripción a la empresa encargada de realizar la Importación de fuentes de radiación ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | C Fs. 91-92 | C Respuesta nota |

Lic. Luis Espinola Supervisor U.C.T.A - MSP y BS
Ing. Gustavo Cuevas Jefe Dpto. Información Tecnologica Ingeniería Biomédica
Lic. Lelia Segovia Jefe D.P.D. Financiero U.C.P.P. M.S.P. y B.S.

| REQUISITOS DOCUMENTALES | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A | DYSA HELTHCARE S.A |
|---|---|---|
| Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1,2,3,4,5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN N° 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). | C Categorías 4 y 5 Fs. 97-98 / No presenta para las categorías: 1, 2 y3 | C Respuesta nota |
| Planilla de plantel técnico encargado para los servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014. | C Fs. 93-95 | C Respuesta nota |

En base al análisis de Requisitos documentales para este criterio, se concluye que: la empresa que posee la mejor oferta económica: **ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. NO CUMPLE** con los requerimientos del PBC y por ende es **DESCALIFICADA**. Por lo que la firma que será analizada y es pasible de adjudicación es la empresa con el segundo mejor precio: **DYSA HEALTHCARE S.A.,** la cual **CUMPLE** con los requerimientos de este punto. El análisis técnico fue realizado por el técnico designado por DGGIES y forma parte del presente informe, como **ANEXO III.**

**ÍNDICE:** Las empresas oferentes deberán estar legalmente habilitadas por la Autoridad competente para fabricar, comercializar y/o importar los bienes licitados en el mercado local; contar con las documentaciones requeridas y así dar cumplimiento a los requisitos técnicos, documentales y legales donde conste y avale que el análisis realizado de los mismos reúne los criterios solicitados

| EMPRESA | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | NO CUMPLE |
| DYSA HEALTHCARE S.A. | CUMPLE |

## 8. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado, se realizó el análisis del cumplimiento de las especificaciones ofertadas.

| OFERENTE | ÍTEM | EQUIPO OFERTADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
|---|---|---|---|
| DYSA HEALTCHCARE S.A. | 1 | Marca: VILLA SISTEMI MEDICALI SPA<br>Modelo: MELODY III DC<br>Procedencia: ITALIA | CUMPLE |

En base a la verificación de las especificaciones técnicas ofertadas cuyo detalle consta en el **ANEXO III**, la firma DYSA HEALTHCARE S.A. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas por el PBC.

## 9. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

Las empresas participantes no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).

## 10. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, ***el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda***:

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - Financiero
MSP y BS

a) ***Adjudicar el presente Llamado***, a la siguiente empresa según el siguiente resumen:

| DYSA HEALTHCARE S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Cant.** | **Precio Unitario** | **Total** |
| 1 | Mamógrafo | Unidad | Unidad | Villa Sistemi Medicali Spa | Italia | 3 | 1.183.333.333 | 3.549.999.999 |
| **MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR** | | | | | | | | **3.549.999.999** |

**RESUMEN FINAL:**

| **N°** | **EMPRESA** | **ÍTEM** | **MONTO TOTAL** |
|---|---|---|---|
| 1 | **DYSA HEALTHCARE S.A.** | 1 | 3.549.999.999 |
| **MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR** | | | **3.549.999.999** |
| **MONTO TOTAL:** GUARANÍES TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- | | | |

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

**Lic. Luis Espínola**
Dirección General de Administración y Finanzas

**Lic. Leticia Segovia**
Dirección Financiera

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Electromedicina Biomédica

**Ing. Gustavo Cuevas**
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Este informe concluye en fecha 06 de diciembre del 2021.

# ANEXO I

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN - SBE N° 11/21 " ADQUISICIÓN DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA LOS SERVICIOS REGIONALES DEL MSPYBS" - ID. N° 388.465

| REFERENCIAL | | | | | | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | | | | | DYSA HEALTHCARE S.A. | | | | | JACK FACK S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UM | PRESENTACIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO G. | PRECIO TOTAL MÁXIMO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN |
| 1 | Mamografo | Unidad | Unidad | 3 | 1.590.875.000 | 4.772.625.000 | Perlove Medical | China | 1.183.000.000 | 3.549.000.000 | -25,64 | Villa Sistemi Medical Spa | Italia | 1.183.333.333 | 3.549.999.999 | -25,62 | Bemens | Korea | 1.211.275.000 | 3.633.825.000 | -23,86 |
| TOTAL REFERENCIAL | | | | | | 4.772.625.000 | TOTAL OFERTADO | | | 3.549.000.000 | | TOTAL OFERTADO | | | 3.549.999.999 | | TOTAL OFERTADO | | | 3.633.825.000 | |

| REFERENCIAL | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | | | | FALCON COM. E IND. S.A. | | | | | MEDHECO S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UM | PRESENTACIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO G. | PRECIO TOTAL MÁXIMO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN |
| 1 | Mamografo | Unidad | Unidad | 3 | 1.590.875.000 | 4.772.625.000 | BMI | Italia | 1.266.666.666 | 3.799.999.998 | -20,38 | Allengers | India | 1.346.666.666 | 4.039.999.998 | -15,35 | Fujifilm | Japón | 1.348.333.333 | 4.044.999.999 | -15,25 |
| TOTAL REFERENCIAL | | | | | | 4.772.625.000 | TOTAL OFERTADO | | | 3.799.999.998 | | TOTAL OFERTADO | | | 4.039.999.998 | | TOTAL OFERTADO | | | 4.044.999.999 | |

| REFERENCIAL | | | | | | | SUMI S.A. | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UM | PRESENTACIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO G. | PRECIO TOTAL MÁXIMO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO G. | MONTO TOTAL G. | % VARIACIÓN |
| 1 | Mamografo | Unidad | Unidad | 3 | 1.590.875.000 | 4.772.625.000 | PlanMed | Finlandia | 1.389.333.333 | 4.167.999.999 | -12,67 | Siemens Healthineers | Alemania | 1.436.666.666 | 4.309.999.998 | -9,69 |
| TOTAL REFERENCIAL | | | | | | 4.772.625.000 | TOTAL OFERTADO | | | 4.167.999.999 | | TOTAL OFERTADO | | | 4.309.999.998 | |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Sección Biomedica

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

# ANEXO II

## ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

"LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11 / 2021 "ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA LOS SERVICIOS REGIONALES DEL MSP Y BS" **ID. N° 388.465.-**

## ❖ INFORME AREA ECONOMICA FINANCIERA

En atención a la licitación mencionada, a fin de proseguir con el proceso de Evaluación de las Ofertas; remitimos Informes inherentes a nuestra área de competencia.

En tal sentido, hemos recibido de la Dirección Operativa de Contrataciones, en fecha 9 de noviembre del corriente, las Carpetas de las 8 (ocho) Empresas Oferentes abajo detallados.

Hemos verificado los puntos económicos financieros, exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones (P.B.C.), específicamente cuanto sigue:

### ✓ CAPACIDAD FINANCIERA

Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2018, 2019, 2020.-

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2018, 2019, 2020). -
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2018, 2019, 2020.

3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2018, 2019, 2020.

4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses.
Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

### ✓ OFERENTES

| MEDHECO S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 2.044.162.509 | 1,18 | 1.784.785.188 | 8,27 | 2.691.022.042 | 5,64 | 5,03 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 1.735.456.298 | | 215.777.013 | | 476.765.141 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 1.735.456.298 | 0,84 | 1.111.777.013 | 0,58 | 1.627.256.830 | 0,58 | 0,67 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 2.061.608.411 | | 1.908.160.056 | | 2.803.513.571 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 281.344.507 | 9,38 | 469.813.745 | 15,66 | 360.880.013 | 0,46 | 8,50 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 780.000.000 | | | |



Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Lic. Leticia Segovia
U.C.T.A. - MSP y BS
Área Financiera

## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11 / 2021 "ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA LOS SERVICIOS REGIONALES DEL MSP Y BS" **ID. N° 388.465.-**

**JACK FACK**

| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 20.763.132.216 | 6,01 | 26.779.479.731 | 5,35 | 30.817.766.176 | 6,74 | 6,03 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 3.457.532.246 | | 5.008.715.679 | | 4.574.019.518 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 3.457.532.246 | 0,10 | 5.008.715.679 | 0,12 | 4.574.019.518 | 0,10 | 0,11 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 35.688.050.321 | | 41.940.222.493 | | 45.886.525.960 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 4.516.501.993 | 7,53 | 4.244.630.297 | 7,07 | 4.161.950.608 | 0,21 | 4,94 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 20.000.000.000 | | | |

**ALTAS TECNOLOGIAS**

| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 321.237.709 | 5,13 | 605.055.280 | 9,56 | 1.859.466.266 | 5,89 | 6,86 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 62.644.111 | | 63.289.870 | | 315.931.349 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 62.644.111 | 0,14 | 63.289.870 | 0,10 | 1.044.968.690 | 0,46 | 0,23 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 458.315.607 | | 650.751.131 | | 2.269.177.217 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 155.699.155 | 0,78 | 329.037.341 | 1,65 | 624.470.686 | 1,25 | 1,22 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 500.000.000 | | | |

**SUMI S.A.**

| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 10.500.411.560 | 5,49 | 14.555.903.323 | 2,77 | 23.981.973.484 | 1,62 | 3,29 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 1.914.324.319 | | 5.255.569.355 | | 14.830.393.224 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 3.434.324.319 | 0,28 | 7.572.181.486 | 0,42 | 17.344.247.816 | 0,49 | 0,40 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 12.249.495.927 | | 17.856.571.107 | | 35.755.615.365 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 649.617.756 | 0,13 | 1.350.664.693 | 0,27 | 2.495.629.032 | 0,17 | 0,19 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 15.000.000.000 | | | |

**SOLUMEDIC S.A.**

| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 21.194.751.247 | 2,27 | 26.922.229.110 | 1,72 | 27.591.988.492 | 1,77 | 1,92 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 9.351.525.855 | | 15.686.241.291 | | 15.612.408.356 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 14.021.530.220 | 0,49 | 17.293.821.029 | 0,50 | 19.459.945.894 | 0,52 | 0,51 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 28.491.494.090 | | 34.494.403.178 | | 37.070.486.036 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 775.093.861 | 0,11 | 2.900.138.231 | 0,41 | 389.460.093 | 0,06 | 0,19 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | | |

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

"LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11 / 2021 "ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA LOS SERVICIOS REGIONALES DEL MSP Y BS" **ID. N° 388.465.-**

| FALCON S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 16.872.672.188 | 4,70 | 18.006.406.900 | 5,06 | 22.103.627.426 | 3,52 | 4,43 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 3.589.947.536 | | 3.561.863.384 | | 6.275.520.513 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 3.589.947.536 | 0,21 | 3.561.863.384 | 0,19 | 6.275.520.513 | 0,28 | 0,23 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 17.265.391.683 | | 18.416.228.667 | | 22.512.544.401 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 718.225.830 | 0,07 | 1.117.939.770 | 0,11 | 1.319.543.298 | 0,09 | 0,09 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 14.500.000.000 | | | |

| DYSA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 58.974.460.774 | 1,49 | 71.888.149.782 | 1,48 | 172.619.442.683 | 1,35 | 1,44 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 39.646.857.246 | | 48.647.526.556 | | 127.739.106.420 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 42.955.178.945 | 0,56 | 52.235.018.806 | 0,59 | 149.870.438.773 | 0,79 | 0,65 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 77.310.219.923 | | 88.260.943.133 | | 189.151.012.921 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 7.086.706.609 | 0,30 | 3.359.536.764 | 0,11 | 3.980.826.815 | 0,13 | 0,18 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 24.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | | |

| EDUARDO ELIZECHE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICES FINANCIEROS | DESCRIPCION | AÑO 2018 | | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
| | | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | MONTO GS. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 41.025.108.919 | 1,32 | 53.406.242.459 | 1,18 | 40.345.602.026 | 1,37 | 1,29 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 31.009.425.467 | | 45.312.315.085 | | 29.376.772.613 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 31.009.425.467 | 0,65 | 45.312.315.085 | 0,80 | 29.376.772.613 | 0,62 | 0,69 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 47.913.029.932 | | 56.809.954.029 | | 47.345.602.026 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 4.685.579.716 | 0,94 | 2.099.295.185 | 0,42 | 177.455.127 | 0,04 | 0,46 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | | |

✓ **EXPERIENCIA REQUERIDA**

Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS y/o DISPOSITIVOS MÉDICOS con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto Ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020.

| EMPRESA | MONTO TOTAL OFERTADO | 25% DEL MONTO OFERTADO | FACTURACIONES DE VENTA Y/O CONTRATOS EJECUTADOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MEDHECO S.R.L. | 4.045.000.000 | 1.011.250.000 | 1.083.500.000 | CUMPLE |
| JACK FACK | 3.633.825.000 | 908.456.250 | 4.800.000.000 | CUMPLE |
| ALTAS TECNOLOGIAS | 3.549.000.000 | 887.250.000 | 2.802.372.563 | CUMPLE |
| SUMI S.A. | 4.167.999.999 | 1.042.000.000 | 2.092.803.620 | CUMPLE |
| SOLUMEDIC S.A. | 3.799.999.998 | 950.000.000 | 8.654.534.500 | CUMPLE |
| FALCON CISA | 4.040.000.000 | 1.010.000.000 | 3.158.671.667 | CUMPLE |
| DYSA | 3.550.000.000 | 887.500.000 | 4.309.986.581 | CUMPLE |
| EDUARDO ELIZECHE | 4.309.999.998 | 1.077.500.000 | 3.924.480.000 | CUMPLE |



Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. / D. Financiera
M.S.P. y B.S

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

"LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11 / 2021 "ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA LOS SERVICIOS REGIONALES DEL MSP Y BS" **ID. N° 388.465.-**

A continuación, se detallan las documentaciones arrimadas por los distintos oferentes, de cuyas sumatorias se obtuvieron los Importes Totales de las facturaciones de venta y/o contratos ejecutados:

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| MEDHECO S.R.L. | Factura N° 001-001-0000003 | ANDRES MARECOS BENITEZ | 58.500.000 | 2.018 |
| | Factura N° 001-001-0000187 | JACK FACK S.R.L. | 510.000.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION LCO 32220-01-001/2021 | MINISTERIO DE SALUD P. Y B.S. - HOSPITAL DEL TRAUMA | 515.000.000 | 2.021 |
| | | **TOTAL** | **1.083.500.000** | |

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| JACK FACK | CONTRATO N° 167/2019 | MINISTERIO DE SALUD P. Y B.S. | 3.360.000.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION N° 002/2020 | HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA | 480.000.000 | 2.020 |
| | ACTA DE RECEPCION N° B-5401 | HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION | 480.000.000 | 2.020 |
| | ACTA DE RECEPCION N° 01 | HOSPITAL M.I. SAN PABLO | 480.000.000 | 2.020 |
| | | **TOTAL** | **4.800.000.000** | |

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS | Factura N° 001-001-0000184 | ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. | 67.000.000 | 2.018 |
| | Factura N° 001-001-0000251 | SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. | 77.000.000 | 2.018 |
| | Factura N° 001-002-0000221 | SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. | 17.600.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000238 | ANALITICA S.A. | 7.140.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000241 | DEZETA S.A. | 54.655.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000242 | MEDICIS S.A. | 100.480.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000302 | EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIA PARAGUAYA S.R.L. | 3.390.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000317 | CONSEJO LOCAL DE SALUD DE YPANE | 2.500.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000326 | REBECA ROJAS | 112.000.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000331 | HARD Y SOFT S.A. | 19.530.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000339 | HARD Y SOFT S.A. | 10.378.500 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000345 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR | 24.166.533 | 2.019 |
| | Factura N° 001-001-0000383 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | 130.377.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000384 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | 58.344.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-002-0000174 | CONSORCIO CORREDOR VIAL OCEANICO | 30.800.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000182 | CONSEJO REGIONAL DE SALUD DE ITAUGUA | 6.500.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000268 | SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. | 16.450.000 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000272 | SANATORIO IMAGILL | 138.860.550 | 2.019 |
| | Factura N° 001-001-0000350 | HARD Y SOFT S.A. | 31.024.080 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000381 | EL CENTRO S.A. | 27.000.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000449 | EURIBIADES RIQUELME | 85.000.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000306 | ELIAS MEDICAL | 33.000.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000429 | HARD Y SOFT S.A. | 27.040.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000340 | SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | 27.400.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000317 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | 18.237.990 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000453 | SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | 19.800.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000531 | DOCTO S.R.L. | 26.700.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000526 | LUIS BRITEZ | 62.550.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000524 | EL CENTRO S.A. | 17.480.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-0000516 | CENTRO DE DIAGNOSTICO VICTORIA | 2.800.000 | 2.020 |
| | CONTRATO N° 195/2019 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA | 329.032.877 | 2.019 |
| | Factura N° 001-002-0000298 | MEDIPLAN S.A. | 386.072.500 | 2.020 |
| | CONTRATO UOC N° 33/2020 | MUNICIPALIDAD DE LAMBARE | 807.897.000 | 2.020 |
| | CONTRATO N° 30/2019 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR | 24.166.533 | 2.019 |
| | | **TOTAL** | **2.802.372.563** | |

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| SUMI S.A. | Factura N° 001-001-00003615 | JORGE ANTONIO LUZCO | 159.133.600 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-00003617 | JORGE ANTONIO LUZCO | 102.666.400 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-00003624 | CARLOS ACOSTA | 109.575.200 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-00003625 | CARLOS ACOSTA | 839.024.800 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-00003434 | CONSORCIO SUMI | 707.711.620 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-00003251 | SANATORIO MEDICOS TAJY S.R.L. | 40.392.000 | 2.020 |
| | Factura N° 001-001-00003767 | COOPERATIVA DE PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS | 134.300.000 | 2.020 |
| | | **TOTAL** | **2.092.803.620** | |

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Lic. Lucia Segovia
C.P.P. - Dpto. Financiera
MSP y B.S

## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11 / 2021 "ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA LOS SERVICIOS REGIONALES DEL MSP Y BS" **ID. N° 388.465.-**

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| SOLUMEDIC | ACTA DE RECEPCION | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 168.000.000 | 2.019 |
| | CONTRATO N° 404/2018 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 2.145.000.000 | 2.018 |
| | CONTRATO N° 188/2019 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 2.511.699.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 482.000.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 138.000.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 147.000.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 385.000.000 | 2.020 |
| | ACTA DE RECEPCION | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 398.500.000 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION N° 29/2019 | HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION N° 23/2019 | INERAM | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | 5TA. R.S. CAAGUAZU | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION N° 52/2019 | HOSPITAL SAN JORGE | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | HOSPITAL GENERAL PARAGUAY COREA | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | HOSPITAL M.I. SAN LORENZO | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | 3RA. R.S. CORDILLERA | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | 13RA. R.S. AMAMBARY | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO N° 1.548 | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | 4TA. R.S. GUAIRA | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | 1RA. R.S. CONCEPCION | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE | 175.333.500 | 2.019 |
| | ACTA DE RECEPCION | 15TA. R.S. PDTE. HAYES | 175.333.500 | 2.019 |
| | | **TOTAL** | **8.654.534.500** | |

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| FALCON CISA | FACTURA N° 001-001-00010006 | ENTIDAD BINANCIONAL YACYRETA | 1.224.234.026 | 2.019 |
| | FACTURA N° 001-001-0001016 | UNICEF | 345.100.680 | 2.019 |
| | FACTURA N° 001-001-0001141 | ENTIDAD BINANCIONAL YACYRETA | 377.988.380 | 2.020 |
| | FACTURA N° 001-001-0001202 | ENTIDAD BINANCIONAL YACYRETA | 642.597.825 | 2.020 |
| | FACTURA N° 001-001-0001143 | ENTIDAD BINANCIONAL YACYRETA | 568.750.756 | 2.020 |
| | | **TOTAL** | **3.158.671.667** | |

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| DYSA | CONTRATO N° 133/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA | 2.291.702.000 | 2.018 |
| | CONTRATO N° 368/2020 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2.018.284.581 | 2.020 |
| | | **TOTAL** | **4.309.986.581** | |

| OFERENTE | DESCRIPCION | CONTRATANTE | IMPORTE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE | CONTRATO N° 262/2018 | POLICIA NACIONAL | 1.190.000.000 | 2.018 |
| | CONTRATO N° 211/2019 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 415.000.000 | 2.019 |
| | CONTRATO N° CO 067 20 OFE | SANATORIO BRITANICO | 1.419.840.000 | 2.020 |
| | CONTRATO N° CO 074 20 OFE E | SANATORIO BRITANICO | 899.640.000 | 2.020 |
| | | **TOTAL** | **3.924.480.000** | |

**ES NUESTRO INFORME**

**LIC. LUIS ESPINOLA SANABRIA**
**Representante Dirección General de Administración y Finanzas**

**LIC. LETICIA SEGOVIA**
**Representante de la Dirección Financiera**

**Asunción, 16 de noviembre de 2021.-**

# ANEXO III

ANÁLISIS TÉCNICO

# EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS – LPN N° 11/2021 – ID N° 388.465.-

La primera mejor oferta presentada por la firma ALTAS TECNOLOGIAS S.A. no es evaluada en cuanto a sus especificaciones técnicas debido a que no cumple con los requerimientos documentales:

**Registro Sanitario**, según nota respuesta de fecha 17/11/21 presenta una *"Constancia de inicio de trámite de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos"* y, en la misa constancia se aclara que ***"...los Dispositivos Médicos deben contar con Registro sanitario para su comercialización...".*** En tal sentido, según las disposiciones legales vigentes no pueden ser adquiridos equipos biomédicos sin Registros Sanitarios. Conforme al **Artículo 4°** de la Ley N° 4659 "Se considerarán que los dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y los equipos de protección individual definidos en esta Ley, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones (...)" inciso b) "...Obtener el registro sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria..."

***Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos para las Categorías 1, 2 y 3,*** la firma ha presentado en su oferta únicamente la autorización para las Categorías 4 y 5. Sin embargo, debido al incumplimiento detectado en el punto anterior ya no se consideró pertinente requerir aclaraciones respecto a esta documentación.

**Se procede a evaluar la siguiente mejor oferta.**

Se han cursado dos notas, según consta en el detalle de los documentos requeridos del informe de evaluación (punto 2). La firma ha presentado las documentaciones requeridas, según notas del 17/11/2021 y 03/12/2021. La siguiente evaluación se basa en la documentación presentada en la oferta así como las mencionadas notas.

| | | |
|---|---|---|
| **MAMÓGRAFO DIGITAL** | | Empresa: **DYSA HEALTHCARE S.A.** |
| **Cantidad:** | | **03 (tres) unidades** |
| **Marca:** | | **VILLA SISTEMI MEDICALI SPA** (según acta de subasta) |
| **Modelo:** | | **MELODY III DC** (según acta de subasta) |
| **Procedencia:** | | **ITALIA** (según acta de subasta) |
| **SPECIFICACIONES TECNICAS** | | -- |
| 1 | Datos Generales | -- |
| 1.1 | Descripción: Sistema de mamografía digital para screening | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 1.2 | Normas de calidad FDA, CE o JIS, normas del Mercosur o similares. | Cumple, CE, nota respuesta |
| 1.3 | Norma ISO 13485 | Cumple, ISO 13485, nota respuesta |
| 2 | Generador de Rayos X | -- |
| 2.1 | Generador de Rayos X de alta frecuencia o multipulso | Cumple, generador de alta frecuencia, nota respuesta |
| 2.2 | Potencia de 5kW o mayor | Cumple, 5 kW, nota respuesta |
| 2.3 | Rango de mAs de 5mAs o menor a 500mAs o mayor | Cumple, 1 a 640 mAs, nota respuesta |
| 2.4 | Rango de KV de 23KV o menor a 35KV o mayor, con incrementos de 1KV o menor | Cumple, 20 a 35kV con incrementos de 0.5kV, nota respuesta |
| 2.5 | Tiempos de exposición de 10ms o menor a 12s o menor | Cumple, 2ms a 12s, nota respuesta |
| 3 | Tubo de Rayos X | -- |
| 3.1 | Tubo de Rayos X con ánodo giratorio de molibdeno o tungsteno | Cumple, ánodo giratorio de tungsteno, nota respuesta |
| 3.2 | Puntos focales: foco fino de 0,15mm o menor, foco grueso de 0,3 mm o mayor | Cumple, 0.1 y 0.3mm, nota respuesta |
| 3.3 | Capacidad calórica del ánodo de 155KHU o mayor | Cumple, 300KHU, nota respuesta |
| 3.4 | Capacidad calórica de la carcasa de 2300KHU o mayor | Cumple, 2300KHU, nota respuesta |
| 3.5 | Velocidad de rotación del ánodo de 8000rpm o mayor | Cumple, 1000rpm, nota respuesta |
| 4 | Gantry | -- |
| 4.1 | Con Control Automático de Exposición | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 4.2 | Sistema de compresión manual y motorizada mediante pedal, liberación automática o manual | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
Sección Biomédica

1/1

| | | |
|---|---|---|
| 4.3 | Magnificador de 1.5 a 1.8 o mayor | Cumple, 1.5x a 2x, nota respuesta |
| 4.4 | Distancia Fuente-Imagen de 60cm o mayor | Cumple, 66cm, nota respuesta |
| 4.5 | Brazo o Gantry con movimientos de rotación -90° a +90° o mayor y movimiento vertical de 65cm o mayor | Cumple, -180 a +180, nota respuesta |
| 4.6 | Pantalla, diplay o monitor digital que indique al menos fuerza de compresión y espesor de compresión | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 4.7 | Placa de compresión de 24x29cm o mayor, de 18x24cm o mayor, placa de compresión focalizada, placa de compresión de axila de 8cm x 20cm o mayor, placa de compresión de 6cm x 6cm o menor, placa de compresión de9cm x 9cm o menor, placa de compresión de biopsia 2D (placa fenestrada), magnificación y torre de magnificación. Una unidad de cada uno. | Cumple, proveerá, nota respuesta |
| 5 | Detector Plano | -- |
| 5.1 | Detector de Silicio Amorfo (a-Si) con Centelleador de Ioduro de Cesio (CsI) o mejor, con resolución espacial de 5,8lp/mm o mmayor | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 5.2 | Tamaño del detector de 24cm o menor x 30cm o mayor | Cumple, 24x30cm, nota respuesta |
| 5.3 | Tamaño de píxel de 85 micras o menor | Cumple, 85micras, nota respuesta |
| 5.4 | Matriz de 2750 x 3450 o mayor | Cumple, 2816x3584, nota respuesta |
| 6 | Estación de Adquisición | -- |
| 6.1 | Estación de adquisición con monitor TFT de 19" o mayor con matriz de imagen de 1280 x1024 o mayor | Cumple, TFT 21,3" y 1600x1200, nota respuesta |
| 6.2 | Capacidad de almacenamiento de al menos 40.000 imágenes | Cumple, 50.000 imágenes, nota respuesta |
| 6.3 | Dispositivo para grabación de DVD/CD | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 6.4 | Licencias DICOM:<br>- DICOM Storage.<br>- DICOM Query/Retrieve.<br>- DICOM Storage Commitment.<br>- DICOM Print.<br>- DICOM Worklist.<br>- DICOM MPPS. | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 7 | Estacion de Trabajo | -- |
| 7.1 | Estación de trabajo con 2 (dos) monitores con resolución de 5MPx o mayor para diagnóstico en mamografía, con sistema de calibración automática integrada | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 7.2 | Capacidad de almacenamiento de al menos 40.000 imágenes | Cumple, 50.000, nota respuesta |
| 7.3 | Dispositivo para grabación de DVD/CD | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 7.4 | Licencias DICOM:<br>- DICOM Storage.<br>- DICOM Query/Retrieve.<br>- DICOM Storage Commitment.<br>- DICOM Print.<br>- DICOM Worklist.<br>- DICOM MPPS. | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 8 | Otros requerimientos | -- |
| 8.1 | Alimentación eléctrica: 220 VAC ± 10%, 50 Hz | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 8.2 | Incluir tablero eléctrico para el Equipo | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 9 | Impresora de Placas | Cumple, KONICA MINOLTA modelo DRYPRO 873, nota respuesta |
| 9.1 | Impresora DICOM para uso en Mamografía | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| 9,2 | 5(cinco) cajas placas para impresión seca tamaño 18 x 24" compatibles con la impresora ofertada.<br>5 (cinco) cajas placas para impresión seca tamaño 20 x 25" compatibles con la impresora ofertada | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| 9.3 | Capacidad de imprimir directamente en películas, base azul, con tamaño de al menos 20 cm × 25 cm (8 × 10") | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 9.4 | Capacidad de producción: Al menos 75 películas por hora | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 9.5 | Resolución de 500ppp como mínimo y contraste de al menos 14bits | Cumple, 770ppp, nota respuesta |
| 9.6 | Con bandeja de alimentación a la luz de día sin necesidad de cuarto oscuro. | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 9.7 | Sistema de auto-calibración. | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |
| 9.8 | Visualización digital de códigos, mensajes de la impresora, parámetros de trabajo e instrucciones para el usuario (en idioma español) en pantalla LCD. | Cumple, igual a lo solicitado, nota respuesta |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

| | | |
|---|---|---|
| **10** | Requisitos Adicionales | -- |
| **10.1** | Manual de usuario en español o inglés en formato CD-DVD | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.2** | Realizar capacitación para manejo del equipo por un período de al menos 24 horas. La capacitación debe ser realizada por personal certificado por fábrica en la modalidad ofertada. | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.3** | El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación en la modalidad ofertada. | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.4** | Posibilidad de Conexión para servicio técnico remoto. Diagnóstico, corrección de fallas y update de Software | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.5** | Garantía: 2 años contados a partir de la fecha de instalación y puesta en operación. Debe incluir una mantención preventiva anual, todas las mantenciones correctivas que sean necesarias durante el periodo de garantía y reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho período por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados. | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.6** | UPS para la consola de adquisición con potencia de acuerdo a lo establecido por el fabricante, con tecnología de onda senoidal pura y autonomía de al menos 10 minutos | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.7** | Sistema de Aire Acondicionado conforme la capacidad del equipo ofertado | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.8** | Adecuacion de sala. Se deberá realizar Blindaje de la sala (protección radiológica) y según necesidad deberá proveer un Aire Acondicionado conforme indicaciones de fábrica del equipo. | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |
| **10.9** | Instalación eléctrica según capacidad del equipo ofertado | Cumple, PROVEERA, nota respuesta |

Observación: se ha verificado técnicamente la oferta presentada por la firma DYSA HEALTHCARE S.A. y se constata que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

**Fin del informe de evaluación técnica.**

**Fecha: 06/12/2021**

*Ing. Gustavo Cuevas*
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica