MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	5	Aguja para anestesia peridural	Aguja para anestesia peridural **pediátrico. Calibre 20 G** de 50-60 mm de longitud, de acero inoxidable, bisel tipo Tuohy y marcables cada cm. Con Empuñadura para la inserción, conexión a rosca transparente. Mandril codificado por colores según normas ISO	B. BRAUN	ALEMANIA	X		ninguna
CODEX SRL	6	Aguja para Biopsia Renal	**Aguja para biopsia renal 16 G adulto**. Automática, De uso único. Estéril. Centimetrada. 22 milímetros de longitud	BARD	USA - MEXICO	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	21	Baja Lenguas	Baja lengua de madera, de bordes lisos que no dañen los tejidos durante su uso. Tamaño estándar (Depresores de Lengua)	CONFFIDEL/ DALIAN/ FUMED MEDICAL/ GREETMED	CHINA	X		ninguna
DROGUEPAR SA	22	Baraka	Circuito para máquina de anestesia. Adulto. pieza adaptable a máquina de anestesia, conexión entrada 15 M ,con conexión a pieza compatible con tubo traqueal 22M-15F tipo Bain o mapleson. (Barakas) con bolsa 1000ml	KING SYSTEMS	ARGENTINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	25	Bata quirurgica	Batas para quirófano Tamaño **Mediano,** Confeccionada en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre o lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, longitud mínima de la bata 120 cm. Deberán acompañar al producto, 1) certificado que respalden la barrera bacteriana de 90% como mínimo (indispensable). 2) a) Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMMS. b) Certificado de Control de Calidad de origen debidamente consularizado (al menos uno de ellos). 3) a) Certificado FDA b) Certificado CE (al menos uno de ellos)	EASTMARK	CHINA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P Y B.S.

Abog. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

Lic. Maria del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordon
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR MÉDICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REG. PROF. 4381

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PROSALUD FARMA S.A.	26	Bata quirurgica	Batas para quirófano Tamaño **Grande,** Confeccionada en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre o lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, longitud mínima de la bata 130 cm. Deberán acompañar al producto, 1) certificado que respalden la barrera bacteriana de 90% como mínimo (indispensable). 2) a) Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMMS. b) Certificado de Control de Calidad de origen debidamente consularizado (al menos uno de ellos). 3) a) Certificado FDA b) Certificado CE (al menos uno de ellos)	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	27	Bata quirurgica	Batas para quirófano Tamaño **Extra Grande**, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre o lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, longitud mínima de la bata 140 cm. Deberán acompañar al producto, 1) certificado que respalden la barrera bacteriana de 90% como mínimo (indispensable). 2) a) Certificados Internacionalesdebidamente consularizados que avalen la calificación SMMS. b) Certificado de Control de Calidad de origen debidamente consularizado (al menos uno de ellos). 3) a) Certificado FDA b) Certificado CE (al menos uno de ellos)	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
CHACO INTERNACIONAL S.A.	34	Bolsa de papel con indicador quimico	Bolsa de papel para envoltorio de Esterilización por **autoclave y óxido de etileno,** grado médico gramaje de 40 gr/m2 como mínimo.13 cm (+-2 cm) x3,5 cm (+-2cm) x17 cm (+-2 cm). Con fuelle y cierre autoadhesivo.	KIMS	ARGENTINA	X		ninguna
HOSPITALAR SA	38	Bolsa para secreciones	Bolsa de polietileno flexible de más de 250 micrones. Capacidades de 2lts. Conector cónico y adaptador para distintas medidas de cánula de aspiración. Tapa rígida de polietileno, provista de manguera y conector para cerrar y poder desechar. Bolsa de aro con válvula de detención de aspiración de accionamiento químico al completarse su capacidad, reutilizable	ECOVAC	ARGENTINA	X		ninguna
CODEX SRL	42	Canula / Tubo de Traqueostomia Fenestrada	Cánula Fonadora. En material PVC altamente transparente, con baño de silicona, soporte con anillo PVC, válvula de fonación de sujeción de cierre magnético. (Cánula para traqueostomia)	COVIDIEN	MEXICO - ITALIA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

Lic. Maria del Mar Gomez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Burgos
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR NEFROLOGO
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CNU PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	48	Canula de Traqueostomia sin balon	Cánula para traqueostomia sin balón, 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.0	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	49	Canula de Traqueostomia sin balon	Cánula para traqueostomia sin balón, 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.5	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	50	Canula de Traqueostomia sin balon	Cánula para traqueostomia sin balón, 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.0	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	51	Canula de Traqueostomia sin balon	Cánula para traqueostomia sin balón, **PVC**, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.5	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	52	Canula de Traqueostomia sin balon	Cánula para traqueostomia sin balón, PVC, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 5.0	EASTMARK	CHINA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura
Dirección General
Asesoría Jurídica

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR
GABINETE
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
REG PROF 4361

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PROSALUD FARMA S.A.	53	Canula de Traqueostomia sin balon	Cánula para traqueostomia sin balón, PVC, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 5.5	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	74	Cateter de aspiracion	Catéter de succión **N°6** con Trampa para Mucus. Tipo catéter DELEE	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
MAKRI SA	84	Cateter venoso central	6 Fr.Catéter venoso central permanente con tunelizador, Radio opaco. Hemocompatible, tromboresistente. un cuff, con aguja Nº 18 para punción	KFF	ARGENTINA	X		ninguna
CODEX SRL	100	Cateter para Embolectomia	N° 3 Fogarty para emboloctomia arterial, de silicona, radiopaco. Con punta redondeada. Con graduación, con balón grande	LE MAITRE VASCULAR	USA	X		ninguna
CODEX SRL	101	Cateter para Embolectomia	N° 4 Fogarty para emboloctomia arterial, de silicona. Radioopaco. Con punta redondeada. Con graduación. con balón grande	LE MAITRE VASCULAR	USA	X		ninguna

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

Prog. Gustavo Gimenez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Beron
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR JURIDICO
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REG. PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CODEX SRL	102	Cateter para Embolectomia	N° 5 Fogarty para emboloctomia arterial, de silicona. Radioopaco. Con punta redondeada. Con graduación. con balón grande	LE MAITRE VASCULAR	USA	X		ninguna
JCM PHARMA S.A.	107	Cateter intravenosa para via central pediatrico	Catéter de acceso central por vía periférica, **1.8 Fr, Unilumen.** 100% Silicona, libre de látex y PVC. Diámetro interno 0,27 x 0,58mm de diámetro externo. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud. Graduado (PICC)	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	112	Cateter Umbilical Arterial	Catéter umbilical arterial **3 - 3.5 Fr 1 Lumen.** Poliuretano. libre de látex y PVC, Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector a rosca, ORX graduado cada cm.	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	113	Cateter Umbilical Arterial	Catéter umbilical arterial **5 Fr, 1 Lumen** Poliuretano. Libre de látex y PVC,Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector a rosca, , ORX graduado cada cm	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	114	Cateter Umbilical Venoso	Catéter umbilical venoso **3,5 Fr 1 lumen**, Poliuretano. libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal **cerrado** y orificio lateral, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo a rosca	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosto Jefe Dpto. de Compras Menores Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2 M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ANDRINALE Abogada Mat. Nº: 22.453

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ ASESOR EN TELEMEDICINA GABINETE M.S.P. y B.S.

Lic. Mirtha Ledesma Gómez Directora Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2 M.S.P. y B.S.

ABOG. Asesor Dirección Asesoría

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA ASESOR MÉDICO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL REG. PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	115	Cateter Umbilical Venoso	Catéter umbilical venoso **3,5 Fr 2 lumen.** 100% silicona, .Poliuretano. Libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal **cerrado** , radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo a rosca,	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	116	Cateter Umbilical Venoso	Catéter umbilical venoso **5 Fr 2 lumen**. 100% silicona .Poliuretano, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. extremo distal **cerrado** y graduado cada cm, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector a rosca,	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	131	Colector / contenedor de orina	Colector de orina, bolsa de 500 cc. **Pediátrica**	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	133	Sistema Colector de orina	Bolsa de 2 Litros, con válvula de retención, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml mínimo. Sistema cerrado con válvula de no retorno. **Con urinometro**	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
CATETERES & AFINES SA	188	Hoja de dermatomo	Bisturí para dermatomo pequeño x 158 mm de largo x 19mm de ancho con tres perforaciones	INTEGRA	USA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Mónica E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosto
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Rodón
Abogada
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AYALA
ASESOR JURIDICO
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REG. PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CATETERES & AFINES SA	200	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodérmicas con aguja protegida 1 mL de plástico, con aguja desmontable de 22G x 1 mm. Sin rosca.embolo extremo distal de goma, graduado	SR PRODUCTOS PARA LA SALUD	NACIONAL	X		ninguna
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	205	Kit /Set para Medicion de Presion Intra-Craneal	Catéteres intracraneales ventriculares para medición de la presión intracraneal (PIC). Set para **infantil.** Un catéter de silicona 100% multiperforado, con medidas de profundidad visibles, Guía metálica,.Tubuladura semirigida transparente autorregulable. llave de 3 vías con salida-acople al transductor para medición intracraneana. Reservorio volumétrico rígido (volutrol) Bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 1500cc, con sistema de evacuación en polo inferior	INMED	CHILE	X		ninguna
DEZETA SA	210	Liquido fijador para placas radiograficas	Liquido fijador Concentrado para placas radiográficas a**utomático**	TETENAL	ALEMANIA	X		ninguna
DEZETA SA	211	Liquido revelador concentrado para placas radiograficas	Liquido fijador Concentrado para placas radiográficas **manual**	TETENAL	ALEMANIA	X		ninguna
JACK FACK SRL	212	Liquido revelador concentrado para placas radiograficas	Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas a**utomático**	CHAMPION PHOTOCHEMISTRY LIMITED	MALASIA/ CANADA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA M.S.P. Y B.S.

Asesor Jurídico M. S. P. y B. S.

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ ASESOR EN TELEMEDICINA GABINETE M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo Arrosto Jefe Dpto. de Compras Menores Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2 M.S.P. y B.S.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE Abogada Mat. Nº 22.453

María del Mar Gómez Directora Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2 M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Jordon Director General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA ASESOR NEFROLOGO GABINETE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL REG. PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
JACK FACK SRL	213	Liquido revelador concentrado para placas radiograficas	Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas **manual**	CHAMPION PHOTOCHEMISTRY LIMITED	MALASIA/ CANADA	X		ninguna
VICENTE SCAVONE & CIA CEISA	237	Parafina	Cera de Parafina sólida. Blanca. Con 56-58 grados centígrados de punto de fusión, granulada	MERCK	ALEMANIA	X		ninguna
JACK FACK S.R.L.	238	Placa mamografica	Películas Mamográficas Sensibles al Verde 18 x 24 mm	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL	X		ninguna
JACK FACK S.R.L.	239	Placa mamografica	Películas Mamográficas Digital, revelado a seco, 20 x 25 mm	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL		X	NO CUMPLE porque NO es compatible con el Equipo AGFA
DEZETA SA	239	Placa mamografica	Películas Mamográficas Digital, revelado a seco, 20 x 25 mm	AGFA	BÈLGICA	X		ninguna
JACK FACK SRL	240	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Película térmica azul medida 24x30	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL		X	NO CUMPLE porque NO es compatible con el Equipo SONY

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ARDINAGUE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR JURIDICO
REG. PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	240	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Película térmica azul medida 24x30	SONY	U.S.A./JAPON	X		ninguna
JACK FACK SRL	241	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Sensible al verde 18 x 24	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL	X		ninguna
DEZETA SA	242	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Sensible al verde 30 x 40	AGFA	ARGENTINA	X		ninguna
DEZETA SA	243	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Sensible al verde 35 x 43	AGFA	ARGENTINA	X		ninguna
DEZETA SA	244	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Sensible al verde 24 x 30	AGFA	ARGENTINA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECTOR GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. De Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

Lic. Maria del Mar Gomez
Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura
Asesor Jurídico
Dirección General
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DEZETA SA	245	Placa Radiografica	Películas de Rayos X Sensible al verde 35 x 35	AGFA	ARGENTINA	X		
DEZETA SA	246	Placa Radiografica	Películas de tomografía Digital, revelado a seco, 35 X 43	AGFA	BELGICA	X		ninguna
JACK FACK SRL	246	Placa Radiografica	Películas de tomografía Digital, revelado a seco, 35 X 43	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL			ninguna
DEZETA SA	247	Placa Radiografica	Películas de tomografía Digital, revelado a seco, 20 x 25	AGFA	BELGICA		X	NO CUMPLE porque NO es compatible con el Equipo AGFA
JACK FACK SRL	247	Placa Radiografica	Películas de tomografía Digital, revelado a seco, 20 x 25	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL	X		
							X	ninguna
								NO CUMPLE porque NO es compatible con el Equipo AGFA

Abog. Angel E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

C.P. Guillermo Arosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogacía
Mat. Nº 22.453

Lic. María del Mar Gómez
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
Directora
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bo
Asesora Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurídica M.S.P.

DR. FELIPE GONZALEZ AMILA
MEDICO
GABINETE
M.S.P. y B.S.
MAT. 4361

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	248	Placa Tomografica	Digital, revelado seco 35 x 43. mm	SONY	USA/ JAPON	X		ninguna
JACK FACK SRL	248	Placa Tomografica	Digital, revelado seco 35 x 43. mm	FUJI FILM	JAPON/ BRASIL		x	**NO CUMPLE** porque NO es compatible con el Equipo SONY
CIRUMED DE LUIS ABATTE CORDAZO	257	Regla pvc con conector	Regla PVC, con escala graduada x 25 cm. mínimo, para medición de la **presión venosa central** -.El extremo debe tener encastre perfecto a la llave de tres vías. (Medidores de Flujo)	SOLUTEN (IPM)	MEXICO	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	266	Sistema cerrado de recolección de orina	Sistema cerrado de colección de orina, Sonda **6Fr.** Bureta graduada, conector rígido, llave de 3 vías. (Colector de orina)	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL	267	Sistema cerrado de recolección de orina	Sistema cerrado de colección de orina, Sonda **8Fr.** Bureta graduada, conector rígido, llave de 3 vías. (Colector de orina)	SILMAG	ARGENTINA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Maria E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo Arzosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ADÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Abog. [illegible]
Directora
Dirección General
Asesoría Jurídica M.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR NEFROLOGO
M.S.P. Y B.S.
Prof. 4367

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CATETERES & AFINES SA	268	Sistema de drenaje mediastina	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 500 mL, catéter torácico Nº 36 de PVC ,válvulas Los tubos de drenaje deben poseer líneas radioopacas,y deberán contar con 5 perforaciones como minimo, el extremo debe estar cortado en bisel. Los fcos. deberán contar con un espacio impreso para registrar la fecha de su colocación y para el registro horario del volumen drenado, el alarge no debe poseer espiral y no debe ser colapsable	CROSA	URUGUAY	X		ninguna
CATETERES & AFINES SA	269	Sistema de drenaje mediastina	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 1000 mL, catéter torácico Nº 36 de PVC, válvulas Los tubos de drenaje deben poseer líneas radioopacas,y deberán contar con 5 perforaciones como minimo, el extremo debe estar cortado en bisel. Los fcos. Deberán contar con un espacio impreso para registrar la fecha de su colocación y para el regidtro horario del volumen drenado el alarge no debe poseer esperal y no debe ser colapsable.	CROSA	URUGUAY	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	297	Sonda Vesical Doble Via	Catéteres urinarios - Foley 6 Fr. siliconado, orificios laterales punta atraumatica.	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	298	Sonda Vesical Doble Via	Catéteres urinarios - Foley **8 Fr.** siliconado, orificios laterales punta atraumatica	EASTMARK	CHINA	X		ninguna
PROSALUD FARMA S.A.	299	Sonda Vesical Doble Via	Catéteres urinarios - Foley 10 Fr. siliconado, orificios laterales punta atraumatica	EASTMARK	CHINA	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Laura Bogado
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR JURIDICO
GABINETE
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REG. PROF. 4361

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 03 - INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LPN Nº 63/2014 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT-PLURIANUAL" - ID Nº 280.088

Empresas Evaluadas	Item Nº	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
						CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CODEX S.R.L.	312	Tubo de drenaje pleural	Tubo torácico para drenaje pleural 8 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal. deben poseer línea radiopaca. Debe estar graduado entre 2 a 2,5 cm a partir de la última perforación. El extremo deberá estar cortado en bisel para facilitar la colocación de los drenajes en cirugías abiertas.	COVIDIEN	USA - MEXICO	X		ninguna
CODEX S.R.L.	338	Tubo para drenaje Penrose	Drenos para herida Nº 1,5", tubo de caucho,blando y aplanado. Modelo penrose	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	X		ninguna
CODEX S.R.L.	339	Tubo para drenaje Penrose	Drenos para herida Nº 1/2", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	X		ninguna
CODEX S.R.L.	340	Tubo para drenaje Penrose	Drenos para herida Nº 1/4", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	X		ninguna
CODEX S.R.L.	341	Tubo para drenaje Penrose	Drenos para herida Nº 3/4", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	X		ninguna

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLER
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Blanca E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

DR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
ASESOR EN TELEMEDICINA
GABINETE
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura
Asesor Jurídico
Dirección General
Asesoría Jurídica

C.P. Guillermo Arrosto
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

DR. FELIPE GONZALEZ AVILA
ASESOR JURÍDICO
GABINETE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REG. PROF. 4361