INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 5 de marzo de 2010, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Contratación Directa N° 69/09 "Adquisición de Negatoscopios para el IPS - Ad Referéndum 2010", elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

El Consejo de Administración designa la Comisión Evaluadora, a los siguientes funcionarios: Ing. Cecilia Rodríguez López por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, Técnico Miguel Ángel Pereira en representación de la Unidad Solicitante Dirección de Apoyo y Servicios, y la Abog. Rossana Barreto en representación de la Dirección Jurídica de la Institución.

1. ANTECEDENTES

Que, la Dirección de Apoyo y Servicios H.C en su Memorando N° DAS/DEM/121/09 de fecha 5 de octubre de 2.009 eleva el pedido para la Adquisición de Negatoscopios para el IPS.

Que por Memorando DBS/TC/N° 2119/2009 de fecha 9 de diciembre de 2009, la Unidad Técnica de Contrataciones informa que se procedió a la reprogramación en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2009 del N° de Orden 59– Contratación Directa (Adquisición de Negatoscopios para el IPS-Ad Referendum 2010) con un monto a contratar de Gs. 22.150.000 (guaraníes Veinte y dos millones ciento cincuenta mil).

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 11449/09 de fecha 9 de diciembre de 2009, el Departamento de Presupuesto informa que el Rubro 530 del Programa 2 Asistencia Medica General del Presupuesto General de la Nación, está previsto para el ejercicio 2010 por la suma de 67.500.000.000 (guaranies setenta y siete mil quinientos millones), atendiendo que el pedido en cuestión se encuentra por un monto a contratar en el presente año de Gs. 22.150.000 (guaraníes Veinte y dos millones ciento cincuenta mil).

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta N° 19 de fecha 18 de febrero de 2010, siendo las 9:00 hs. se ha procedido a la apertura de sobres ofertas de la empresa que se presentó al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodriguez
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

Miguel Angel Pereyra B.
Téc. Sección Electromedicina
Area Interior y Central - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rossana M. Barreto Burgos
Dirección Jurídica
Abogada Mat. Nº 15.553

143

1. **CIRUMED:** Oferta según planilla de precios por un monto de Gs. 19.107.000.- (GUARANIES Diez y nueve millones ciento siete mil) IVA incluido.

Conforme a la nota de presentación de oferta, el oferente garantiza que si no cumple con la obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y al retirar antes del plazo, abonará a la Convocante una multa equivalente al 3% (tres por ciento) del total de la oferta.

Se deja constancia que el Consejo de Administración del I.P.S. máxima autoridad de la entidad convocante, se reserva el derecho de adjudicar o no la presente contratación, atendiendo a que no se ha contado con el mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente (a pesar de haber agotado todas las instancias para lograr dicho cometido) de conformidad con lo dispuesto en el inc. c) de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas.

4. <u>VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL</u> (conforme a las IAO del PBC).

N° de Orden	Documentos Substanciales	CIRUMED	
		C	NC
1	Formulario de Presentación de la Oferta	X	
2	Formulario de Lista de Precios	X	
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	X	
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta	-	
5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)	X	

Miguel Angel Pereyra B.
Téc. Sección Electromedicina
Area Interior y Central - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodriguez
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rosana M. Barreto Burgos
Dirección Jurídica
Abogada Mat. N° 15.553

5. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (conforme a las IAO del PBC)

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por la firma oferente, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. CUADRO DE PRECIOS

A continuación se presenta el cuadro de la empresa que se presentó al presente llamado:

CIRUMED

Item	Código de Catalogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca y Procedencia	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/ IVA	Precio Estimado por la Unidad Solicitante	% VARIAC.
1	42201815-001	Negatoscopio simple	15	Unidades	Cirumed/Paraguay	528.000	7.920.000	450.000	17%
4	42201815-001	Negatoscopio de 4 cuerpos	6	Unidades	Cirumed/Paraguay	1.864.500	11.187.000	1.300.000	43%
MONTO TOTAL DE LO OFERTADO							19.107.000		

7. INFORME JURIDICO

Verificadas las documentaciones presentadas en el acto de apertura de sobres conforme al Pliego de Bases y Condiciones, en la presente convocatoria se concluye cuanto sigue:

Empresa	Observaciones
CIRUMED	**Documentaciones de Carácter Sustancial:** Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C., en concordancia con la Ley 2051/03 y sus Decretos Reglamentarios. **Documentaciones de carácter Formal:** Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C., en concordancia con la Ley 2051/03 y sus Decretos Reglamentarios. **Conclusión:** Las documentaciones de carácter sustancial y las de carácter formal se justan a lo prescripto en el PBC.

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones sobre las especificaciones técnicas, se presenta el siguiente detalle de cumplimiento de las mismas:

Item 1: Negatoscopio simple.

Orden	Funcionalidad y parámetros referenciales	Datos del oferente		
1.1	Datos Generales	Cumple	Observación	Folio
	Descripción general: Negatoscopios de un cuerpo.			

Ing. Cecilia B. Rodriguez
Téc. Sección Electromedicina
Area Infraestructura Central - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodriguez
Dpto. Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Roxana Soledad Barreto Burgos
Dirección Jurídica
Abogada Mat. Nº 15.553

Item 1: Negatoscopio simple.

Orden	Funcionalidad y parámetros referenciales	Datos del oferente		
1.1	**Datos Generales**	Cumple	Observación	Folio
1.1.2	Marca: Cirumed			
1.1.3	Modelo: 2010			
1.1.4	Origen: paraguayo			
1.1.5	Cantidad: 15 (quince).	SI		
1.1.6	Antigüedad de fabricación del equipo ofertado: máximo 3 (tres) años.	SI		
1.1.7	Normas de calidad: FDA, UL, CE, Normas de calidad de equipos biomédicos del MERCOSUR (aclarar cual norma). Al menos una de ellas.	SI		
1.1.8	Garantía de buen funcionamiento: 1 (un) año a partir de la firma del Acta de recepción definitiva.	SI		
1.1.9	Plazo de entrega: 30 (treinta) días a partir de la firma del contrato.	SI		
1.2	**Descripción**			
1.2.1	Estructura metálica esmaltada.	SI		
1.2.2	Placa translúcida de acrílico blanco.	SI		
1.2.3	Con sujetadores en la parte posterior.	SI		
1.3	**Características generales.**			
1.3.1	Fuente de luz mediante fluorescentes con potencia total de al menos 40W.	SI		
1.3.2	Dimensiones exteriores:	SI		
1.3.2.1	Ancho: dentro del rango de 37 a 40 cm.	SI		
1.3.2.2	Alto: dentro del rango de 53 a 57 cm.	SI		
1.3.2.3	Profundidad: dentro del rango de 10 a 15 cm	SI		
1.3.3	Superficie de visualización:			
1.3.3.1	Ancho: dentro del rango de 35 a 38 cm.	SI		
1.3.3.2	Alto: dentro del rango de 51 a 55 cm..	SI		
1.3.4	Peso: No mayor a 8 kg.	SI		
1.3.5	Temperatura cromática: No mayor a 5000 K	SI		
1.3.6	Alimentación eléctrica: 220V CA ± 10% / 50Hz.	SI		
1.3.7	Con toma de alimentación tipo Schuko.	SI		
1.4	**Otros Requerimientos**			
1.4.1	Catálogos originales impresos en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.			

Item 4: Negatoscopio de cuatro cuerpos.

Orden	Funcionalidad y parámetros referenciales	Datos del oferente		
4.1	**Datos Generales**	Cumple	Observación	Folio
4.1.1	Descripción general: Negatoscopio de cuatro cuerpos.			
4.1.2	Marca: Cirumed			
4.1.3	Modelo: 2010			
4.1.4	Origen: paraguayo			

Miguel Angel Pereyra B. — Jefe Departamento Electromedicina — Área Interior / Central - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL — Ing. Cecilia Rodriguez — Dpto. Licitaciones — D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL — Roxana Silvero Burgos — Dirección Jurídica — Abogada Mat. Nº 15.553

Item 4: Negatoscopio de cuatro cuerpos.

Orden	Funcionalidad y parámetros referenciales	Datos del oferente		
4.1	Datos Generales	Cumple	Observación	Folio
4.1.5	Cantidad: 6 (seis).			
4.1.6	Antigüedad de fabricación del equipo ofertado: máximo 3 (tres) años.	SI		
4.1.7	Normas de calidad: FDA, UL, CE, Normas de calidad de equipos biomédicos del MERCOSUR (aclarar cual norma). Al menos una de ellas.	SI		
4.1.8	Garantía de buen funcionamiento: 1 (un) año a partir de la firma del Acta de recepción definitiva.	SI		
4.1.9	Plazo de entrega: 30 (treinta) días a partir de la firma del contrato.	SI		
4.2	Descripción			
4.2.1	Estructura metálica esmaltada.	SI		
4.2.2	Placa translúcida de acrílico blanco.	SI		
4.2.3	Con sujetadores en la parte posterior.	SI		
4.3	Características generales			
4.3.1	Dimensiones de cada cuerpo:	SI		
4.3.1.1	Ancho: dentro del rango de 37 a 40 cm.	SI		
4.3.1.2	Alto: dentro del rango de 53 a 57 cm.	SI		
4.3.2	Iluminación con lámparas de al menos 40 W en total por cada cuerpo.	SI		
4.3.3	Temperatura cromática: No mayor a 5000K.	SI		
4.3.4	Alimentación eléctrica: 220V CA ± 10% / 50Hz.	SI		
4.3.5	Con toma eléctrica tipo Schuko.	SI		
4.4	Otros Requerimientos			
4.4.1	Catálogos originales impresos en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.			
4.4.2	Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz.	SI		

9. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

Conforme a los principios de economía y eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulados en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva a consideración de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración la siguiente conclusión:

La firma **CIRUMED** único oferente del presente llamado, oferta solo por los ítems 1 y 4, que cumple con los documentos legales requeridos y las especificaciones técnicas solicitadas.

En cuanto a los precios cabe mencionar que los mismos ***sobrepasan en 17% y 43% al precio estimado, en relación al Costo Estimado, único parámetro a considerar en cuanto a precios atendiendo que no existen otras ofertas que permitan realizar comparaciones.***

144

De acuerdo a lo consultado con el servicio solicitante de la contratación, los Items 1 y 4 correspondientes a Negatoscopios Simples y de 4 Cuerpos son requeridos con carácter de urgencia, además informan que los precios estimativos son desactualizados debido a que el pedido original se envió el 25 de abril de 2008, pero se ajustan a los precios actuales de mercado mas estrechamente.

En base a lo expuesto esta Comisión propone la adjudicación de los mencionados Ítems.

Así mismo se deja constancia que el Consejo de Administración del I.P.S. máxima autoridad de la entidad convocante, se reserva el derecho de adjudicar o no la presente contratación, atendiendo a que no se ha contado con el mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente (a pesar de haber agotado todas las instancias para lograr dicho cometido) de conformidad con lo dispuesto en el inc. c) de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas, CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRA DIRECTA SE INVITARON A VARIAS EMPRESAS (Ver Listado s)Anexo) Y ADEMAS EL PROCEDIMIENTO FUE SUJETO A DOS ACTOS DE APERTURA DE SOBRES EL PRIMERO TUVO LUGAR EN FECHA 10-02-10, SEGÚN ACTA N°9, DONDE NO SE PRESENTO NINGUNA OFERTA POR LO CUAL SE REALIZO UNA SEGUNDA APERTURA QUE CORRESPONDE A LA OFERTA DE CIRUMED.

En cuanto a los ítems 2 y 3, esta Comisión sugiere que se autorice a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios a iniciar los trámites para la realización de un segundo procedimiento licitatorio previa ampliación de la disponibilidad presupuestaria.

Propuesta de Adjudicación, sujeto a consideración del Consejo de Administración:

CIRUMED

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca y Procedencia	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/ IVA
1	42201815-001	Negatoscopio simple	15	Unidades	Cirumed/Paraguay	528.000	7.920.000
4	42201815-001	Negatoscopio de 4 cuerpos	6	Unidades	Cirumed/Paraguay	1.864.500	11.187.000
MONTO TOTAL (Son Guaraníes Diez y nueve millones ciento siete mil)							19.107.000

Es nuestro informe.-

Ing Cecilia Rodríguez López
Representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Abog. Rossana Barreto
Representante de la Dirección Jurídica

Tec. Miguel Ángel Pereira
Representante de la Dirección de Apoyo y Servicios