EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA TIPO MULLER CABEZA CAMBIABLE 28MM. COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR, POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (NORMAL, CORTO Y LARGO).	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL	√		
2	1	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA.	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO THOMPSON CON CEMENTO QX DE CUELLO ESTÁNDAR	UNIDAD	UNIDAD	HEMC	INDIA	√		
3	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 28 MM. EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL	√		
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 32 MM. EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL	√		
5	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR: RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL	√		
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 32 MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR: RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL	√		
11	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR.	UNIDAD	UNIDAD	HEMC	INDIA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
21	1	CLAVO INTRAMEDULAR NO FRESADO	CLAVO NO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		√	No se puede determinar el material.
25	1	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2,4 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO TREBOLADO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	HEMC	INDIA		√	No presenta muestra.
27	1	FIJADOR EXTERNO	TUTOR EXTERNO TIPO AO, SEGÚN REQUERIMIENTO.	UNIDAD	UNIDAD	HEMC	INDIA	√		
31	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		√	La muestra dice 4.0 y no corresponde a la medida solicitada.
33	1	CEMENTO QUIRURGICO	CON GENTAMICINA DE BAJA VISCOSIDAD, INCLUIDO EN EL KIT DE PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN.	UNIDAD	UNIDAD	Subiton	ARGENTINA	√		

Abg. Oscar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatología Gral.
Especialista Vertebral
Reg. 2338

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Lic. Fernando Benítez Alfaro
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

AS GROUP S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA TIPO MULLER CABEZA CAMBIABLE 28MM COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTANDAR POLIETILENO UHMWPE EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MINIMO LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MINIMO (NORMAL CORTO Y LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		✓	No presentó muestra
2	1	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO THOMPSON CON CEMENTO QX DE CUELLO ESTANDAR	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		✓	No presentó muestra
11	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
12	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIAL PEEK EL PAR	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
13	1	SET DE FIJACIÓN PARA LIGAMENTO CON TORNILLO	SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL TIPO TOGGLELOCK CON TORNILLO DE INTERFERENCIA EN PEEK	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
14	1	PRÓTESIS PARCIAL DE HOMBRO	PRÓTESIS PARCIAL DE HOMBRO (PRÓTESIS DE HOMBRO SEMI ARTROPLASTIA)	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
15	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR CORTO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN. CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
16	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN. CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
17	1	PRÓTESIS PARA BRAZO	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO EN TITANIO PLACAS DEL TERCIO PROXIMAL CON TORNILLOS DE BLOQUEO CON DIRECCIÓN DE BLOQUEO VARIABLE	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
18	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO BLOQUEOS PROXIMALES OBLICUOS TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
19	1	CLAVO INTRAMEDULAR NO FRESADO	CLAVO NO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO BLOQUEOS PROXIMALES OBLICUOS TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
20	1	CLAVO INTRAMEDULAR FRESADO	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO BLOQUEOS PROXIMALES DE DIRECCIÓN VARIABLE Y MÍNIMO 3 BLOQUEOS DISTALES TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
21	1	CLAVO INTRAMEDULAR NO FRESADO	CLAVO NO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
22	1	CLAVO RETRÓGRADO PARA FÉMUR	CLAVO RETRÓGRADO DE FÉMUR EN TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
24	1	PLACA EN T	PLACA EN T SISTEMA 3,5 MM BLOQUEADA EN TITANIO CON TORNILLOS CORTICALES Y ESPONJOSOS, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
25	1	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2,4 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO TREBOLADO MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
26	1	CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
27	1	FIJADOR EXTERNO	TUTOR EXTERNO TIPO AO, SEGÚN REQUERIMIENTO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
28	1	PLACA	PLACA PREMOLDEADA PARA CLAVÍCULA DE TITANIO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
29	1	PLACA	PLACA PREMOLDEADA PARA HÚMERO DISTAL EN TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
30	1	PLACA PARA CREANEOPLASTIA	MATRIZ CRANEAL DE PMMA	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		✓	No presentó muestra
31	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
32	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 3.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	✓		
33	1	CEMENTO QUIRÚRGICO	CON GENTAMICINA DE BAJA VISCOSIDAD, INCLUIDO EN EL KIT DE PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		✓	No presentó muestra

Abg. [illegible] Romero Rojas
Asesor Jurídico
Dpto. [illegible] Legal - DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatología Gral.
[illegible] 2335

DIBEN

Scanned by TapScanner

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

34	1	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL	MALLAS DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
35	1	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	SILLA DE RUEDA PLEGABLE – CAPACIDAD DE CARGA DE MÁXIMA DE 110 KG ESTRUCTURA PLEGABLE EN ACERO PINTADO DE FÁCIL TRANSPORTE CON POSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS, POSA PIE RETRÁCTIL, PORTA CARPETA EN LA PARTE TRASERA DE LA SILLA, IMPERMEABLE, TOTALMENTE LAVABLE Y CON ASAS DE EMPUJE Y FRENOS DE BLOQUEO.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA		√	No se individualiza marca ni procedencia.
36	1	TORNILLO PEDICULAR	POLIAXIALES 4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
36	2	TORNILLO CANULADO	4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
36	3	TORNILLO DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
36	4	TORNILLO CANULADO Y DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
36	5	BARRA DURA	BARRA DURA (BARRA).	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
36	6	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR	SISTEMA DE FIJACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR TRANSPEDICULAR (SISTEMA DE FIJACIÓN CROSSLINK).	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
37	1	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
37	2	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN T O EN L, EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
37	3	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
37	4	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
37	5	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLO	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	1	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 RECTA	RECTA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	2	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 RECTA	RECTA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	3	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 RECTA	RECTA DE 8 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	4	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 RECTA	RECTA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	5	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 CURVA	CURVA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	6	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 CURVA	CURVA DE 8 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	7	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 CURVA	CURVA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	8	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 L DERECHA	L DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	9	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 L DERECHA	L DERECHA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	10	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 L IZQUIERDA	L IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	11	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 L IZQUIERDA	L IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	12	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 Y	Y DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	13	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 Y	Y DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatología Gral
Reg. 2338

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

38	14	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 Y	Y DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	15	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 DOBLE Y	DOBLE Y DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	16	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 DOBLE Y	DOBLE Y DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	17	MICRO PLACA SISTEMA 1.5 DOBLE Y	DOBLE Y DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	18	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN 2 X 6	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	19	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN 6 X 8	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	20	TORNILLOS	TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	21	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	22	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	23	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 8 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	24	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	25	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 12 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	26	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 14 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	27	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 16 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	28	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 18 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	29	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA DE 20 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	30	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA A PUENTE DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	31	MINI PLACA RECTA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	RECTA A PUENTE DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	32	MINI PLACA ORBITAL O CURVA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	CURVA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	33	MINI PLACA ORBITAL O CURVA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	CURVA DE 8 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	34	MINI PLACA ORBITAL O CURVA CON TORNILLOS SISTEMA 2.0	CURVA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	35	MINI PLACA EN L DERECHA SISTEMA 2.0	L DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	36	MINI PLACA EN L DERECHA SISTEMA 2.0	L DERECHA DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	37	MINI PLACA EN L DERECHA SISTEMA 2.0	L DERECHA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	38	MINI PLACA EN L IZQUIERDA SISTEMA 2.0	L IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	39	MINI PLACA EN L IZQUIERDA SISTEMA 2.0	L IZQUIERDA DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	40	MINI PLACA EN L IZQUIERDA SISTEMA 2.0	L IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	41	MINI PLACA EN "L" A PUENTE DERECHA SISTEMA 2.0	L A PUENTE DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	42	MINI PLACA EN "L" A PUENTE DERECHA SISTEMA 2.0	L A PUENTE IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	43	MINI PLACA EN Y SISTEMA 2.0	Y DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	44	MINI PLACA EN Y SISTEMA 2.0	Y DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		

Abg. Cesar Romero Rojas

Dr. PEDRO GARCIA B
Ort y Traumatologia Gral
Mat. 2235

DIBEN

Scanned by TapScanner

38	45	MINI PLACA EN Y SISTEMA 2.0	Y DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	46	MINI PLACA DOBLE Y SISTEMA 2.0	DOBLE Y DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	47	MINI PLACA DOBLE Y SISTEMA 2.0	DOBLE Y DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	48	MINI PLACA DOBLE Y SISTEMA 2.0	DOBLE Y DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	49	MINI PLACA EN T SISTEMA 2.0	T DE 5 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	50	MINI PLACA EN T SISTEMA 2.0	T DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	51	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN 2 X 4	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	52	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN 6 X 8	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	53	TORNILLOS	TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	54	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	55	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	56	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 8 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	57	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	58	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 12 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	59	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 14 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	60	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 16 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	61	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 18 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	62	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA DE 20 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	63	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA A PUENTE DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	64	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.4	RECTA A PUENTE DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	65	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA DERECHA 2.4	ANGULADA DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	66	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA DERECHA 2.4	ANGULADA DERECHA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	67	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA DERECHA 2.4	ANGULADA DERECHA DE 21 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	68	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA IZQUIERDA 2.4	ANGULADA IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	69	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA IZQUIERDA 2.4	ANGULADA IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	70	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA IZQUIERDA 2.4	ANGULADA IZQUIERDA DE 21 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	71	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.4 ANGULADA CON CONDILO DERECHA	ANGULADA CON CONDILO DERECHA DE 21 AGUJEROS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	72	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.4 ANGULADA CON CONDILO IZQUIERDA	ANGULADA CON CONDILO IZQUIERDA DE 21 AGUJEROS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	73	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.4 CONDILO DERECHA	CONDILO DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	74	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.4 CONDILO DERECHA	CONDILO DERECHA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	75	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.4 CONDILO IZQUIERDA	CONDILO IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	76	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.4 CONDILO IZQUIERDA	CONDILO IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		

Dr. PEDRO GARCIA BUJEN
Ort. y Traumatología

Scanned by TapScanner

EVALUACION DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

38	77	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR 2.4 COMPLETA	MANDIBULA COMPLETA	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	78	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR 2.4 SIN CONDILO	MANDIBULA SIN CONDILO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	79	TORNILLOS	TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	80	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	81	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	82	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 8 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	83	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	84	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 12 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	85	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 14 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	86	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 16 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	87	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 18 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	88	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7	RECTA DE 20 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	89	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7 A PUENTE	RECTA A PUENTE DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	90	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 2.7 A PUENTE	RECTA A PUENTE DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	91	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA DERECHA	ANGULADA DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	92	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA DERECHA	ANGULADA DERECHA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	93	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA DERECHA	ANGULADA DERECHA DE 21 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	94	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA IZQUIERDA	ANGULADA IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	95	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA IZQUIERDA	ANGULADA IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	96	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA IZQUIERDA	ANGULADA IZQUIERDA DE 21 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	97	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA CON CONDILO DERECHA	ANGULADA CON CONDILO DERECHA DE 21 AGUJEROS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	98	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 ANGULADA CON CONDILO IZQUIERDA	ANGULADA CON CONDILO IZQUIERDA DE 21 AGUJEROS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	99	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 CONDILO DERECHA	CONDILO DERECHA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	100	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 CONDILO DERECHA	CONDILO DERECHA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	101	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 CONDILO IZQUIERDA	CONDILO IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	102	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 2.7 CONDILO IZQUIERDA	CONDILO IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	103	Placa de reconstruccion mandibular 2.7 COMPLETA	MANDIBULA COMPLETA	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	104	Placa de reconstruccion mandibular 2.7 SIN CONDILO	MANDIBULA SIN CONDILO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	105	TORNILLOS	TORNILLOS DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
38	106	ARCO DE ERICH	ARCO DE ERICH, acompañado de 3 metros de alambre de acero maleable de 0,50 mm	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		

Abg. César Romero Rojas

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatologia Gral.
Reg. 2338

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

ALL MED de Ana Leiva Orué

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA TIPO MULLER CABEZA CAMBIABLE 28MM. COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR; POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (NORMAL, CORTO Y LARGO).	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		√	No presenta cemento quirúrgico
2	1	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA.	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO THOMPSON CON CEMENTO QX DE CUELLO ESTÁNDAR	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		√	No corresponde marca ni procedencia.
3	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 28 MM. EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 32 MM. EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
5	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR: RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		√	No presenta cemento quirúrgico
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 32 MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR: RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ortosintese	BRASIL		√	No presenta cemento quirúrgico
11	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA		√	No corresponde marca ni procedencia.
15	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR CORTO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
16	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA		√	No se puede determinar el material.
18	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
23	1	CLAVO RETRÓGRADO PARA TIBIA	CLAVO RETRÓGRADO DE TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA		√	No se puede determinar el material.
24	1	PLACA EN T	PLACA EN T SISTEMA 3,5 MM. BLOQUEADA EN TITANIO CON TORNILLOS CORTICALES Y ESPONJOSOS, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
25	1	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2,4 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO TREBOLADO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
26	1	CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
27	1	FIJADOR EXTERNO	TUTOR EXTERNO TIPO AO, SEGÚN REQUERIMIENTO.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA		√	No se puede determinar marca ni procedencia.
31	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ord. y Traumatología Gral.
Reg. 2338

Lic. Gustavo Benítez Ayala
Encargado de Administración y Finanzas
DIBEN

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

CODEX S.R.L.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
15	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR CORTO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
16	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
17	1	PRÓTESIS PARA BRAZO	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO EN TITANIO. PLACAS DEL TERCIO PROXIMAL CON TORNILLOS DE BLOQUEO CON DIRECCIÓN DE BLOQUEO VARIABLE.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
18	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
20	1	CLAVO INTRAMEDULAR FRESADO	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES DE DIRECCIÓN VARIABLE Y MÍNIMO 3 BLOQUEOS DISTALES. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
22	1	CLAVO RETRÓGRADO PARA FÉMUR	CLAVO RETRÓGRADO DE FÉMUR EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
24	1	PLACA EN T	PLACA EN T SISTEMA 3,5 MM. BLOQUEADA EN TITANIO CON TORNILLOS CORTICALES Y ESPONJOSOS, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
26	1	CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
34	1	MALLA DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL	MALLAS DE RECONSTRUCCIÓN CRANEAL DE TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Khanghui	CHINA		√	No corresponde el material.
36	1	TORNILLO PEDICULAR	POLIAXIALES 4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA	√		
36	2	TORNILLO CANULADO	4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA	√		
36	3	TORNILLO DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA	√		
36	4	TORNILLO CANULADO Y DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA		√	La medida es de 4x25 por lo que es inferior a la medida requerida. El LOTE queda eliminado por este motivo.
36	5	BARRA DURA	BARRA DURA (BARRA).	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA	√		
36	6	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR	SISTEMA DE FIJACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR TRANSPEDICULAR (SISTEMA DE FIJACIÓN CROSSLINK).	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA	√		

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatología Gral.
Reg. 2338

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Director de Administración y Finanzas

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

CATÉTERES & AFINES S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
3	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 28 MM. EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 32 MM. EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
5	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR: RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 32 MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR: RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
7	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN CEMENTADA PULIDA LISA EN CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 4 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA PRÓTESIS DEBERÁ PODER USARSE CON INJERTO DE BANCO DE HUESOS. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA Y 1 CEMENTO ÓSEO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
8	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA MODULAR EN TITANIO CON FIJACIÓN DISTAL. EL COMPONENTE PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE DISTAL DEBERÁ CONTAR CON 14 MEDIDAS COMO MÍNIMO. COMPATIBLES CON CABEZA 28 O 32. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
10	1	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA MODULAR DERECHA E IZQUIERDA EN CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 10 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE TIBIAL DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 MEDIDAS. LA PATELA DEBERÁ CONTAR CON UN MÍMINO DE 3 MEDIDAS. DEBE INCLUIR 2 CEMENTOS QUIRÚRGICOS.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
36	1	TORNILLO PEDICULAR	POLIAXIALES 4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
36	2	TORNILLO CANULADO	4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
36	3	TORNILLO DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
36	4	TORNILLO CANULADO Y DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
36	5	BARRA DURA	BARRA DURA (BARRA).	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
36	6	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR	SISTEMA DE FIJACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR TRANSPEDICULAR (SISTEMA DE FIJACIÓN CROSSLINK).	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea		---	4ta oferta, no se solicitó Muestras.
39	1	ENDOPRÓTESIS PARA FÉMUR PROXIMAL	CON ARTICULACIÓN EN CADERA, CEMENTADA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
39	2	ENDOPRÓTESIS PARA FÉMUR DISTAL	CON ARTICULACIÓN EN TIBIA, CEMENTADA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
39	3	ENDOPRÓTESIS PARA TIBIA PROXIMAL	CON ARTICULACIÓN EN FÉMUR, CEMENTADA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Jurídica - DIREN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatología Gral.
Reg. 2336

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Dirección de Administración y Finanzas

Eval.Muestras-Habilitados

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

C-BRAY S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
3	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 28 MM EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO CABEZA FEMORAL DE CR-CO EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	✓		
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 32 MM EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 8 TAMAÑOS COMO MÍNIMO CABEZA FEMORAL DE CR-CO EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	✓		
5	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	✓		
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 32 MM EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	✓		
7	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN CEMENTADA PULIDA LISA EN CR-CO-MO EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 4 MEDIDAS COMO MÍNIMO LA PRÓTESIS DEBERÁ PODER USARSE CON INJERTO DE BANCO DE HUESOS DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA Y 1 CEMENTO ÓSEO CON ANTIBIÓTICO	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA		✓	No presenta muestra.
8	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA MODULAR EN TITANIO CON FIJACIÓN DISTAL EL COMPONENTE PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO EL COMPONENTE DISTAL DEBERÁ CONTAR CON 14 MEDIDAS COMO MÍNIMO COMPATIBLES CON CABEZA 28 O 32 DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA		✓	No presenta muestra.
10	1	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA MODULAR DERECHA E IZQUIERDA EN CR-CO-MO EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 10 MEDIDAS COMO MÍNIMO EL COMPONENTE TIBIAL DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 MEDIDAS LA PATELA DEBERÁ CONTAR CON UN MÍMINO DE 3 MEDIDAS DEBE INCLUIR 2 CEMENTOS QUIRÚRGICOS	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA		✓	No presenta muestra.
11	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR	UNIDAD	UNIDAD	SAI	ARGENTINA	✓		
12	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIAL PEEK EL PAR	UNIDAD	UNIDAD	SAI	ARGENTINA	✓		
13	1	SET DE FIJACIÓN PARA LIGAMENTO CON TORNILLO	SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL TIPO TOGGLELOCK CON TORNILLO DE INTERFERENCIA EN PEEK	UNIDAD	UNIDAD	SAI	ARGENTINA	✓		
31	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	SAI	ARGENTINA	✓		
32	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 3.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	SAI	ARGENTINA	✓		
36	1	TORNILLO PEDICULAR	POLIAXIALES 4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea	✓		
36	2	TORNILLO CANULADO	4.0 x 30 A 7.5 x 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea	✓		
36	3	TORNILLO DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea	✓		
36	4	TORNILLO CANULADO Y DE REDUCCIÓN	4.0 x 30 A 6.5 x 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea	✓		
36	5	BARRA DURA	BARRA DURA (BARRA)	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea	✓		
36	6	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR	SISTEMA DE FIJACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR TRANSPEDICULAR (SISTEMA DE FIJACIÓN CROSSLINK)	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Korea	✓		

Abg. Cesar Ramírez Rojas

Dr. PEDRO GARCIA B. Ort. y Traumatología Gral. Reg. 29383

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA DIBEN

Scanned by TapScanner

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

V & V S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
35	1	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	SILLA DE RUEDA PLEGABLE – CAPACIDAD DE CARGA DE MÁXIMA DE 110 KG. ESTRUCTURA PLEGABLE EN ACERO PINTADO DE FÁCIL TRANSPORTE CON POSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS, POSA PIE RETRÁCTIL, PORTA CARPETA EN LA PARTE TRASERA DE LA SILLA, IMPERMEABLE, TOTALMENTE LAVABLE Y CON ASAS DE EMPUJE Y FRENOS DE BLOQUEO.	UNIDAD	UNIDAD	Foshan	CHINA		V	No se individualiza marca ni procedencia.

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort. y Traumatología Gral.
Reg. 2336

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Administración y Finanzas
DIBEN

Scanned by TapScanner

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID.376.482.-

CIRUMED de Luis Armando Abbate Cordazzo

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
10	1	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA MODULAR DERECHA E IZQUIERDA EN CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 10 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE TIBIAL DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 MEDIDAS. LA PATELA DEBERÁ CONTAR CON UN MÍMINO DE 3 MEDIDAS. DEBE INCLUIR 2 CEMENTOS QUIRURGICOS.	UNIDAD	UNIDAD	Medacta Suiza	Suiza	✓		
11	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR.	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA		---	5ta oferta, no se solicitó Muestras.
12	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA	TORNILLO DE INTERFERENCIAL PEEK EL PAR	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA	✓		
13	1	SET DE FIJACIÓN PARA LIGAMENTO CON TORNILLO	SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL TIPO TOGGLELOCK CON TORNILLO DE INTERFERENCIA EN PEEK	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA	✓		
15	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR CORTO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
16	1	CLAVO FEMORAL PROXIMAL	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, CON OPCIÓN DE COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
17	1	PRÓTESIS PARA BRAZO	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO EN TITANIO. PLACAS DEL TERCIO PROXIMAL CON TORNILLOS DE BLOQUEO CON DIRECCIÓN DE BLOQUEO VARIABLE.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
18	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
21	1	CLAVO INTRAMEDULAR NO FRESADO	CLAVO NO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
25	1	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2,4 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO TREBOLADO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India		✓	No cumple con la medida (presenta medida de 2,7)
26	1	CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
28	1	PLACA	PLACA PREMOLDEADA PARA CLAVÍCULA DE TITANIO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
29	1	PLACA	PLACA PREMOLDEADA PARA HÚMERO DISTAL EN TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
31	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA		—	5ta oferta, no se solicitó Muestras.
32	1	ANCLAJE NO SUTURADO DE TEJIDOS BLANDOS	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 3.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA	✓		
37	1	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
37	2	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN T O EN L, EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
37	3	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
37	4	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	✓		
37	5	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLO	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India		✓	El material presentado es de Acero Inoxidable. El LOTE queda eliminado por este motivo.

Abg. César Romero Rojas
Presidente
Comisión Evaluadora DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ord. y Traumatología Gral.
Reg. 2325

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Lic. Carmen Benítez Ayala
Proveeduría

Eval.Muestras-Habilitados

Scanned by TapScanner

LPN N° 02/2020 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas" – ID 376.482.-

DISTRIBUIDORA ASUNCIÓN de Néstor Vega Soria

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
35	1	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	SILLA DE RUEDA PLEGABLE - CAPACIDAD DE CARGA DE MAXIMA DE 110 KG ESTRUCTURA PLEGABLE EN ACERO PINTADO DE FÁCIL TRANSPORTE CON POSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS POSA PIE RETRACTIL PORTA CARPETA EN LA PARTE TRASERA DE LA SILLA IMPERMEABLE TOTALMENTE LAVABLE Y CON ASAS DE EMPUJE Y FRENOS DE BLOQUEO	UNIDAD	UNIDAD	Foshan Wheelchair	China	✓		

Abg. Cecilia Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Dr. PEDRO GARCIA B.
Ort y Traumatología Gral
Es... Reg. ...338

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Lic. ... de Ayala
Director ... y Finanzas
DIBEN

Scanned by TapScanner