ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

En la Ciudad de Villarrica República del Paraguay, a los un día del mes de diciembre del año dos mil once, siendo las once horas, en oficinas de las Administración de la 4ta. Región Sanitaria Guairá sito en las calles Spezzini y Avda. España, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de la 4ta. Región Sanitaria Guairá: Lic. Egertt Roman, Oscar Ayala y Lic. Ramona Fernández, en virtud de las funciones encomendadas para el Estudio y Análisis de las Ofertas; y la Elaboración del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, en este caso de la Contratación Directa **Nº 17/11 - Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio.**----------

Que, visto y considerando el procedimiento de Contratación **Nº 17/11** y el llamado ID Nº **226054** del Plan Anual de contrataciones – Año 2011 de la 4ta. Región Sanitaria Guairá.----------

Que, las invitaciones para el mencionado procedimiento fueron remitidas a las siguientes firmas: BIOANALISIS S.R.L., INFOTEC S.A., TECNOFAST S.A., EXIMPAR S.R.L., BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., dentro del plazo establecido.---

Que, la presentación y apertura de sobres se llevó a cabo en lugar, fecha y horario establecido, presentando sus ofertas, conforme al Acta de Apertura las siguientes firmas:

Oferentes	Ofertas	Importe Total
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	Planilla de Precios	99.790.000
EXIMPAR S.R.L.	Planilla de Precios	81.064.500

Que, se procedió a la verificación del cumplimiento de las documentaciones requeridas en el punto 10 del Anexo 1 de la Carta de invitación.----------

Que, se realizó la verificación de la Tabla Comparativa de Precios y Ofertas.

Que, se realizó la verificación técnica de las ofertas.----------

Que, se procedió a verificar si las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** de los equipos ofertados se ajustan a los requerimientos señalados en el Anexo 3. Planilla de Especificaciones Técnicas y Cantidades, dando lectura al Informe Técnico de la Bioquímica Patricia Echauri – Jefa de Laboratorio del Hospital Regional de Villarrica, el mismo forma parte integral de la presente, en la cual se concluye que:

Oscar Ayala Ibarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Ramona Fernández Candia
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL IV REGION SANITARIA GUAIRA ADMINISTRACION

Lic. Egertt E. Román D.
Jefe Administ.
IV Región Sanitaria - Guaira

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

1	2	3	4	8	9
Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	EXIMPAR S.R.L.
1	41111709-001	Microscopio Binocular	**Microscopio binocular** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad electrica acorde a normas internacionales. Estructura del estativo de acero satinada en pintura secada al horno, antiestatica y resistente a la corrosión. Sistema modular intercambiable. Tubo binocular con dos oculares de gran campo. Revolver porta-objetivos con sistema de cojinetes a bola y cuatro objetivos acromaticos. Platina mecanica de coordenadas X-Y con ajuste macro y micrometrico y pinza para laminas portaobjetos. Sistema de iluminación halogena para examenes en campo claro, con intensidad regulable. Condensador para campo claro, movimiento vertical con apertura de diafragma iris, tipo Abbe, Filtro azul y mate. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. **Características Técnicas:** Oculares de grande campo: 10 x WF. Objetivos acromaticos: 4x, 10x, 40x y 100x (de inmersión). Fuente de luz: halogena 6V/20W aprox. Condesador tipo Abbe: de 1,25 NA aprox. Alimentación electrica: 220V/50Hz. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español Kit de mantenimiento optico (pera de goma con pincel fino y suave, solución de limpieza y papel secante). 6 lámparas o ampolletas de repuestos. Caja de transporte y protección. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE	CUMPLE

Oscar Ayala Ybarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Ramona Fernández Candia
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
IV REGION SANITARIA GUAIRA
ADMINISTRACION

Lic. Juan F. Román G.
Enc. Administ.
IV Región Sanitaria - Guaira

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

2	41111727-001	Microscopio Trinocular	**Microscopio trinocular** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. **Descripción General y Especificaciones Técnicas mínimas** Base con estructura sólida y libre de vibración Engranaje de acero plateado con níquel-cromo para alcance del ajuste macrométrico por giro: 39,6 mm. Ajuste del freno para enfoque grueso, para la protección del preparado y de objetivos de mayor aumento. Giro del cabezal en 360º. Revolver porta objeto cuádruple, con inclinación hacia el interior, permitiendo un cambio de muestras sin dificultades. Iluminación transmitida de KOEHLER. Regulación contínua de la intensidad luminosa. Diafragma IRIS de campo. Platina lisa de 134x188mm. 1 filtro azul para luz diurna. **(UN) Tubo de Observación Trinocular, para instalar cámara digital con:** Inclinación 30º para observación ergómicas Material anti-polvo Nº de Campo: mínimo F.N. 20. Prismas con coberturas para alta Transmitancia y protección anti-hongo Ajuste de la distancia interpupilar entre 48 y 75 mm. Tubo para ocular izquierdo con ajuste de +/- 5 dioptrías. Bloqueo 1 de rotación en caso de uso con retículo. Perno antirrobo de oculares. **Platina Rectangular, con:** Control coaxial en el plano "X" e "Y" posicionado ergómicamente bajo en el lado derecho. Medidas de la platina: 188 x 134 mm. Corridas en el eje "Y": 50mm y 76mm en el eje "X". Con corridas de un mecanismo interior. Sujetador desmontable de porta-objeto para dos muestras. **Condensador Acromático, tipo "ABBE"** Apertura numérica de las lentes: N.A. 1.25 con diafragma IRIS con escala graduada en aperturas numéricas. Filtro azul incorporado. Anillo con pernos para centrado de luz. Muecas para cada objetivo. **(UN) Objetivo Plan Acromático de 4X, PL4X, con:** Apertura numérica: N. A. 0.10. Distancia de trabajo: 22 mm Tratamiento antihongo. **Objetivo Plan Acromático de 10X, PL10X, con:** Apertura numérica: N. A. 0.25. Distancia de trabajo: 10,5 mm. Tratamiento antihongo. **Objetivo Plan Acromático de 40X, PL40X retráctil con:** Apertura numérica: N. A. 0.65. Distancia de trabajo: 0,56 mm. Tratamiento antihongo. **Objetivo Plan Acromático de 100X, PL100X (oil) retráctil con:** Para inmersión en aceite. Apertura numérica: N. A. 1.25. Distancia de trabajo: 0,15 mm. Tratamiento antihongo. **Oculares de 10X, de Campo Amplio, 10X, con:** Número de campo: F. N. 20. Excelente planitud de campo. Lámpara de Halógeno de 6V, 300W. Cable de Conexión a red, UYCP para 220V, 50Hz. Toda la óptica con tratamiento antihongo. Alimentación electrica: 220V/50Hz. **Accesorios mínimos:** 1(Un) Manual de operación de usuario y 1(un) Manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Kit de mantenimiento optico (pera de goma con pincel fino y suave, solución de limpieza y papel secante). 6 (seis) lámparas o ampolletas de repuestos. Caja de transporte y protección. Garantizar la existencia en el mercado de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Ayala F. Bogran O.
Adminis.
IV - Región Sanitaria - Guairá

Oscar Ayala Ybarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Lilibia Fernández Canale
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

3	41103907-001	Macrocentrifugadora p/16 tubos	**Macrocentrífuga para 16 tubos como mínimo** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad electrica acorde a normas internacionales. Sistema de bioseguridad acorde a normas internacionales. Modelo de mesa para uso universal con rotor pendulante sin refrigeración. Estructura metalica satinada con pintura secada al horno resistente a la corrosión o similar. Camara de centrifugado de acero inoxidable o similar de alta resistencia a los impactos según nomras ISO, DV, UVV, VBG7 o similar. Panel de control con teclas o potenciometros para regular la velocidad, curva de aceleración / frenado tiempo de centrifugado y tacómetro. Tecnologia de microprocesador con sistema de autotest, Wacth dog, sistema de control de balanceo del rotor y trouble-shooting con dispositivo de alarmas acusticos / visuales. Bloqueo de la tapa acorde a normas de bioseguridad. Sistema de tracción directa del motor asincrono, libre de mantenimiento, con diferentes niveles de frenado programables. Regulación de temperatura acorde a normas internacionales. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas mínimas: Rango de Velocidad de 0 a 6000 rpm. Capacidad de rotor pendulante: 16x15 ml con una tolerancia de 5%. Fuerza centrifuga relativa mínima 4.000. g. Timer regulable de 0 a 99 minutos y función continua. Alimentación electrica: 220V/50Hz, con toma schuko. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. Garantía mínima 12 meses, incluir repuestos y materiales necesarios 1 Set completo de portatubos para 15 ml (16 unidades). 1 Set completo de portatubos para 10 ml (16 unidades). Rotor pendulante con dispositivo de fijación. Kit de mantenimiento y herramientas para ajuste de rotor.	CUMPLE	CUMPLE

Oscar Ayala Abarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Mahora Fernández Canale
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
IV REGION SANITARIA GUAIRA
ADMINISTRACION

Lic. Aurelio F. Roman O.
Jefe Administ.
IV Región Sanitaria - Guairá

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

4	41104506-002	Estufa para Esterilización	**Estufa de esterilización calor seco capacidad 50 litros como mínimo** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario. Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 3 bandejas como mínimo. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento. Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización. Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual / acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura con un indicador digital. Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga. Panel de control de parámetros con tecnología electrónica o de microprocesadores para el control de temperatura, con programación de la temperatura de trabajo y sus respectivos límites de tolerancia. Visualización a través de pantalla de LCD o LED con sistema de protección para evitar accionamiento involuntario de los controles. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. **Características Técnicas:** Volumen de la cámara de esterilización 50 litros como mínimo. Capacidad de contención de bandejas : 3 a 5 bandejas perforadas. Timer de operación 0 a 240 min./operación continua. Termostato regulable entre más 30ºC y 220º C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Resolución 1° C Exactitud de la temperatura en cámara : 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220V / 50Hz. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español con certificado de calidad e inspección técnica. Preinstalación del equipo, de ser necesario (conductores, llaves, tomas, materiales necesarios) 1 Termómetro a mercurio de 0 a 200ºC 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE	CUMPLE

Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Elizabeth F. Rocha O.
Enc. Adminis.
IV - Región Sanitaria - Guaira

ACTA DE EVALUACION

Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

5	41104506-001	Estufa de Cultivo	**Estufa de cultivo** Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Estructura sólida y compacta de acero inoxidable o satinada con pintura antiestática secada al horno. Cámara de incubación de acero inoxidable o aluminio anodizado con soporte para 1 ó más perforadas. Tecnología de microprocesador o electrónica con termostato para regulación de temperatura, termómetro digital o analógico, protección contra sobre temperaturas y timer para el tiempo de incubación. Calefactor con poca inercia y sistema electrónico de regulación de temperatura, respuesta rápida. Temperatura de trabajo programable con sus respectivas tolerancias y sistema de alarma visual/acústica. Controles con sistema de bloqueo para evitar, modificación accidental de los parámetros. Sistema de control con autotest, trouble-shooting y programa de calibración. Puerta con dispositivo de bloqueo y cierre hermético. Sistema de homogenización de la temperatura en cámara. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Volumen de la cámara aproximadamente 100 litros. Capacidad máxima de bandejas perforadas 8 a 10. Rango de la temperatura del termostato +5ºC a 50ºC, regulable. Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz. Tamaño de la cámara interna: 80 x 72 x 80 cm como mín. Exactitud de la temperatura +/- 0,1ºC. **Accesorios** Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. Pinza para manipular las bandejas. 5 bandejas perforadas. Termoelemento para control de temperatura de la cámara. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Los equipos ofertados deben contar con Certificaciones ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR o al menos uno de ellos.	CUMPLE	CUMPLE

Oscar Ayala Ibarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Ramona Fernández Canale
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL IV REGION SANITARIA GUAIRA ADMINISTRACION

Lic. Gerdi E. Foman O.
Enc. Administ.
IV - Región Sanitaria - Guairá

ACTA DE EVALUACION

Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

6	41111508-003	Balanza Electrónica para Laboratorio	**Balanza electrónica para Laboratorio** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Capacidad: 0 a 2.000 gr o mejor Sensibilidad: 0.01 gr. Tiempo de Estabilización: hasta 3 segundos Modo de Pesado: gr, %, Oz, DTW, conteo piezas, lb, totalización. Display: Cristales líquido de Cuarzo LCD retro-iluminada Calibración: Digital desde teclado, con pesa externa. Plataforma: 115 mm diámetro de acero inoxidable, como mínimo. Dimensiones: 150 x 50 x 60 mm aproximadamente como mínimo. Peso: 1.200 gr. como máx. Alimentación: 220 V, 50 Hz Manual de operación y servicio técnico en español. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (con manual de servicio técnico y tabla de errores, detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos biomédicos del MSPyBS Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE	CUMPLE
7	41104018-001	Cabina de Bioseguridad para laboratorio	**Cabina de Bioseguridad para laboratorio** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características principales:** Cabina de trabajo para la preparación de la PCR y/o cultivos de tejidos, reduciendo el riesgo de contaminación. Dos tubos de rayos UV para la inactivación del A.D.N. Y A.R.N. entre los experimentos (U.V. 254nm) Cámara no ventilada Cámara fabricada en acrílico que permite la fácil visualización del área de trabajo Superficie de trabajo de fórmica ácido-resistente Doble puerta de acceso Escape del 100% del aire filtrado por HEPA Iluminación por dos tubos fluorescentes Lámparas germicidas controladas por temporizador de 24 Hs Interrupción automática de apagado de la luz UV cuando la puerta de la cabina esté abierta Sistema de protección de los usuarios a la exposición de luz UV Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos biomédicos del MSPyBS correspondientemente. Manual de operaciones en español y manual de servicio técnico en español ó inglés. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Los equipos ofertados deben contar con Certificaciones ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR o al menos uno de ellos.	CUMPLE	NO COTIZA

Oscar Ayala Ybarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Antonia Fernández Candia
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
IV REGION SANITARIA GUAIRA
ADMINISTRACION

Lic. Cesar E. Ferreira O.
D.O.C. Administ.
IV Región Sanitaria - Guaira

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

8	41113630-008	Phmetro	**Phmetro** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. sistema digital, pantalla LCD, brazo portaelectrodos Alimentación eléctrica externa. Calibración de pH acido y alcalino. Regulador de temperatura entre 0 a 100 grados. Alimentación: 220 V, 50 Hz Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Los equipos ofertados deben contar con Certificaciones ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR o al menos uno de ellos.	CUMPLE	CUMPLE

Oscar Ayala Ybarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Lic. Marcelo Jiménez Candia
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
IV REGION SANITARIA GUAIRA
ADMINISTRACION

Lic. Everett E. Ruman O.
Dpto. Administ.
IV - Región Sanitaria - Guairá

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

9	42281508-002	Autoclave de esterilización	**Autoclave de esterilización.** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero inoxidable AISI o satinada en pintura secada al horno con pulido sanitario. Tuberías, válvulas y conexiones de material anticorrosivo. Cámara de esterilización cilíndrica o rectangular de doble pared, de acero inoxidable AISI resistente a ácido y a la corrosión. Sistema de cierre hermético a prueba de vapor y vacío con dispositivo de seguridad contra apertura involuntaria. Sistema de aislamiento que posibilite un precalentamiento rápido y corto periodo de esterilización. Generador de vapor eléctrico con regulación manual de la presión, nivel de agua y temporizador de la operación. Sistema de calefacción indirecta a través de elementos calefactores sumergibles y con protección contra sobrecalentamiento y trabajo en seco. Panel de control de parámetros con válvulas, filtros, manómetros de presión de vapor, temporizador con control de calefacción y termómetro, etc. Sistema de regulación automática de la presión y homogenización de la temperatura en cámara con válvula de alivio de seguridad. Sistema de operación manual con ciclos prefijados para esterilizar gomas (121ºC aproximadamente); textiles (134º C aproximadamente) e instrumentales (134ºC aproximadamente). Válvula de drenaje y purga. Conexiones para bomba de vacío para el pre-vacío y secado. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Volumen de la cámara de esterilización de 50 a 60 litros aproximadamente. Temperatura de vapor en cámara: regulable entre 100 y 135 ºC. Timer: 1 a 99 min. Alimentación eléctrica 220 V/50 Hz. Accesorios: Certificado de calidad e inspección técnica. 1 sets completo de contenedores y canastillas de esterilización. 3 juntas de silicona para la tapa. 10 kits de termoindicadores para control de funcionamiento. Un juegos de resistencias de repuesto (entiéndase juego a la cantidad total de resistencias que componen la caldera) Una bomba de vacio de repuesto. Manual de operación en español y servicio técnico en español ó inglés. Realizar la preinstalación necesaria para la instalación del equipo esto incluye todos los materiales necesarios y mano de obra. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos biomédicos del MSPyBS Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE	NO COTIZA

Oscar Ayala Ybarrola
Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Fernández Candia
Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
IV REGION SANITARIA GUAIRA
ADMINISTRACION

Lic. Edgar F. Fogel G.
Dpto. Administrativo
IV - Región Sanitaria - Guairá

ACTA DE EVALUACION
Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

10	41104901-002	Equipo Destilador	**Equipo Destilador de agua** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN • Equipo para producción de agua destilada en laboratorios • Equipo con certificación CE, FDA y/o normas del Mercosur, al menos una de ellas • Capacidad de producción de agua destilada de 10 lts/hs como mínimo • Válvulas eléctricas de flujo para encendido del equipo con solo realizar la apertura del grifo • Sistema de control de nivel para seguridad de las resistencias y el evaporador • Equipo construido completamente en acero inoxidable • Resistencias de inmersión de potencia adecuada y recubiertas de acero inoxidable o en cuarzo para su mayor duración • Sistema de corte de alimentación a calefactor por falta de agua, con indicación visual y/o sonora Como mínimo el equipo debe de contar con las siguientes partes: • Caldera • Tapa de caldera • Condensador • Trampa de Vapor • Laberinto de acero inoxidable • Resistencias esmaltadas • Ductos de salida y entrada de agua. • Sistema de sujeción a pared • Led`s indicativos de encendido y alarmas • Alimentación eléctrica de 220V/50Hz • Conexión a red eléctrica tipo Schucko. • Un Manual de operación y Un Manual de servicio técnico, ambos en español o el original en otro idioma acompañado con la traducción sin alteraciones. • Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. • Garantía valida por 12 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica permanente, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser substituido por uno nuevo sin costo para la convocante.	NO COTIZA	NO COTIZA

Que, se declara desierto el Item Nº 10 – Equipo Destilador por que ninguno de los oferentes a Cotizado dicho Item.

Que, se realizó la verificación en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (S.I.C.P.) de la D.N.C.P., constatándose que las empresas a ser adjudicadas se encuentran habilitadas y que los documentos contenidos en la constancia del SIPE presentadas por las mismas corresponden y son suficientes respecto a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones ----------

Que, en vista a que no se ha podido contar con el mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, considerando los plazos máximos para la comunicación a DNCP de llamados a contratación y adjudicaciones que comprometan Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2011, independientemente de la Fuente de

Jefe Suministro Regional
IV Región Sanitaria

Estadígrafa Regional
IV Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL IV REGION SANITARIA GUAIRA ADMINISTRACION

Lic. Zaeth F. Roman C.
Administ.
IV Región Sanitaria - Guairá

ACTA DE EVALUACION

Contratación Directa Nº 17/11 "Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio" ID Nº 226054

Financiamiento aplicada, establecidos en los artículos 221 y 227 del Decreto Reglamentario Nº 6071/2011 "Por la cual se reglamenta la Ley Nº 4249/11 – Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2011"; y por la naturaleza de los bienes, conforme al artículo 34, inc. c) de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Que, teniendo en cuenta que la modalidad de la adjudicación es por **ITEM**, además los antecedentes expuestos que incluyen aspectos legales, técnicos y económicos, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 de Decreto Reglamentario Nº 21909, concordante con los Art. 26 y 27 de la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas, se recomienda adjudicar el llamado a Contratación Directa **Nº 17/11 - Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio ID Nº 226054, acorde al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria**, según el siguiente detalle:

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Microscopio Binocular	2	2.725.000	5.450.000
2	Microscopio Trinocular	1	5.400.000	5.400.000
3	Macrocentrifugadora p/16 tubos	1	4.650.000	4.650.000
4	Estufa para Esterilización	1	6.500.000	6.500.000
5	Estufa de Cultivo	1	7.900.000	7.900.000
7	Cabina de Bioseguridad para laboratorio	1	30.000.000	30.000.000
8	Phmetro	1	2.900.000	2.900.000
9	Autoclave de esterilización	1	29.000.000	29.000.000
MONTO TOTAL				**91.800.000**

EXIMPAR S.R.L.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
6	Balanza Electrónica para Laboratorio	1	1.655.500	1.655.500
MONTO TOTAL				**1.655.500**

El monto total adjudicado es Gs. 93.455.500 (Guaraníes noventa y tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos).

Se remite el presente Informe de Evaluación, para los fines que hubiere lugar en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Oscar Ayala I.
Jefe Suministro
4ta. Región Sanit. Guaira

Lic. Ramona Fernández
Estadígrafa Regional
4ta. Región Sanit. Guaira

Lic. Egertt F. Román D.
Administrador
4ta. Región Sanit. Guaira

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 4ta REGION SANITARIA GUAIRA ADMINISTRACION