PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 08/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
|---|---|
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***29 de Agosto de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en**:<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***29 de Agosto de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

Ma. Dolores Atracca Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrio
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

# Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42201718-001 | ECOGRAFO | **ECÓGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO DOPPLER COLOR PARA APLICACIONES GENERALES** | |
| | | | **CARACTERÍSTICAS GENERALES:** | |
| | | | Pantalla: Monitor de al menos 17" (pulgadas) medidas diagonalmente, montado en brazo articulado. | |
| | | | Panel de Control, de altura regulable, con teclado alfanumérico retro iluminado y teclado en una pantalla táctil que permita la introducción de datos del paciente. | |
| | | | Capacidad de almacenamiento en disco rígido de al menos 320 GB. | |
| | | | Debe contar con batería interna para dejar al equipo en modalidad de stand by. | |
| | | | Memoria Cine 2D de al menos 1.000 cuadros, o más. | |
| | | | Rango dinámico de al menos 200 dB. | |
| | | | Frame Rate del sistema de al menos 1.000 cuadros por segundo | |
| | | | Trackball, mouse o algún otro dispositivo para movimiento del puntero. | |
| | | | 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para la conexión simultánea de transductores y 1 puerto activo para sonda ciega. | |
| | | | Dispositivo integrado en el equipo para grabación de imágenes y video en CD o DVD. | |
| | | | Puertos USB para conexión de periféricos, 5 (cinco) puertos como mínimo. | |
| | | | Base rodante, con sistema de anclaje en las 4 ruedas. | |
| | | | 60.000 o más canales digitales de procesamiento del sistema o 1024 Canales de Procesamiento Digital como minimo. | |
| | | | Plataforma modular digital con tecnología multibanda electrónica. | |
| | | | Doble procesador o procesador con núcleos múltiples. | |
| | | | Profundidad de exploración: hasta 30 cm. | |
| | | | Control de Ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de 8 ocho controles como mínimo. | |
| | | | Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitários, volumétricos, Phased Array. | |
| | | | Función de cálculos automáticos de Doppler. | |
| | | | El equipo deberá contar con función 3D/4D a habilitarse a futuro próximo | |
| | | | Capacidad de poder integrar paquete de software de 4D en un futuro. | |
| | | | Con optimización automática de la imagen 2D y Doppler. | |
| | | | **Modos de imagen:** | |
| | | | Modo B, Modo M, Doppler Color, Doppler pulsado, Armónica, | |
| | | | Triplex en Tiempo Real. | |
| | | | Modos de combinación | |
| | | | 2D / M, 2D/PWD, 2D/Color Doppler, 2D/PD, 2D/CW, 2D/Color Doppler / PWD, 2D/PD/PWD, | |

Ma. Dolores Muracca Flotta
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Sergio Ramos
Director General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2D/Color Doppler / M, 2D/Color Doppler / CW. | |
| | | | Imagen Trapezoidal | |
| | | | Duplex | |
| | | | Imagen Cuadruple. | |
| | | | Triplex. | |
| | | | Doppler Continuo (opcional) para conexión en un futuro. | |
| | | | Con función para imagen panorámica. | |
| | | | Con posibilidad de admitir función para estudios de elastoscan (a habilitarse a futuro próximo) | |
| | | | **Software incluidos y habilitados:** | |
| | | | Software para las siguientes aplicaciones: Ginecología, Obstetricia, Abdominales generales, vasculares, partes blandas, musculo esquelético, cardiología, etc. | |
| | | | Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, base de datos. | |
| | | | Programas pre-set de fábrica y aplicaciones protegido de alteración y supresión. (Opcional) | |
| | | | Software completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, obstétricos, ecocardio fetal. | |
| | | | Software en idioma español, de entorno amigable. | |
| | | | **Varios paquetes de mediciones, incluyendo :** | |
| | | | Obstetricia. | |
| | | | Ginecología. | |
| | | | Vascular periférico. | |
| | | | Renal. | |
| | | | Abdominal. | |
| | | | Mama. | |
| | | | Pediatría. Ecocardio fetal. | |
| | | | **Transductores:** Se establecen los límites inferior y superior, respectivamente en MHz. | |
| | | | No se podrán ofertar transductores que no alcancen los límites especificados. Se podrán ofertar<br>Transductores que superen los límites establecidos. | |
| | | | **Transductores multifrecuenciales** con tecnología broadband (banda ancha), originales y de la misma marca que el equipo ofertado. | |
| | | | **Transductor Lineal** para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con frecuencias de 5 a 12 Mhz. Cantidad: 01 (uno) unidad por equipo. | |
| | | | **Transductor convexo** para aplicaciones general, abdominal, ginecológica y obstetricia con frecuencias de 2 a 5 Mhz. Cantidad 1 (uno) por equipo | |
| | | | **Transductor micro convexo** para aplicaciones pediátricas, abdominal y vascular con frecuencias de 4 a 9Mhz. Cantidad 1 (uno) por equipo. | |
| | | | **Transductor endocavitario** para aplicaciones en ginecología y obstetricia con frecuencias de 4 a 9 MHz y con ángulo de exploración de al menos 180°. Cantidad 1 (uno) por equipo. | |
| | | | **Accesorios:** | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor convexo. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor endocavitario. Cantidad: 1(uno) | |

Ma. Dolores Gracca Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor lineal. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Video Impresora para Impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad: 1( uno) | |
| | | | Rollo de papel termal de alta densidad para video impresora. Cantidad: 50(cincuenta) | |
| | | | Unidad de alimentación Ininterrumpida UPS del tipo True online de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo ofertado. Cantidad: 1( uno) unidad por equipo | |
| | | | Gel Para Ultrasonido: pote de 500 ml o más. Cantidad. 5 (cinco) unidades por equipo. | |
| | | | **Otras especificaciones.** | |
| | | | Alimentación Principal de 220 v AC/ 50 Hz. | |
| | | | Idioma de manuales del usuario: español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción | |
| | | | Idioma de manuales técnicos: español o ingles. | |
| | | | **Especificaciones de Calidad:** | |
| | | | Garantía de fábrica del equipo ofertado: 12 (doce) meses a partir del acta de recepción definitiva. | |
| | | | Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos repuestos y mano de obras sin costo para la convocante, por el periodo de 12 (doce) meses a partir del acta de recepción definitiva (al momento de la puesta en funcionamiento del equipo) | |
| | | | Garantía de fábrica de la provisión de repuestos y accesorios por el periodo de 3 (tres) años. | |
| | | | Certificados de calidad : FDA , CE, JIS ( o al menos uno de ellos) | |
| | | | Certificado que acredite la experiencia mínima de 3 (tres años) como proveedor de equipos similares al ofertado, documentando experiencia y capacidad técnica. | |

**OBSERVACIONES:**

- LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE ACCESORIOS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.
- AL MOMENTO DE RECEPCIONAR EL EQUIPO SE EXPEDIRA UN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y LA RECEPCION DEFINITIVA SE EXPEDIRA UNA VEZ QUE EL EQUIPO SEA INSTALADO Y LISTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
- LA GARANTÍA EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (Acta de Recepcion Definitiva) EN LA INSTITUCIÓN DESIGNADA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO Y CORRECTIVOS CON REPUESTOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA.
- LA ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS NO DEBE SER SUPERIOR A 3 AÑOS Y LOS SOFTWARE UTILIZADOS NO SUPERIOR A 2 AÑOS.
- SE DEBERAN OFERTAR EQUIPOS NUEVOS.

Ma. Dolores Vinaca Fleitas
Jefa Dpto. Licitaciones
D.G.C.C. M.S.P. y B.S.

**Asunción, 20 de Agosto de 2014**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 07/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **B. Contenido de los Documentos de la Licitación** |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: 021 223 523<br>Fax: *021 223 523*<br>Dirección electrónica: *licitaciones.mspbs@gmail.com*<br>**La fecha y hora límites para realizar consultas es***: **14/08/2014** hasta las **08:00** a.m.* |
| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***22 de Agosto de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en**:<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***22 de Agosto de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

# Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42201718-001 | ECOGRAFO | **ECÓGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO DOPPLER COLOR PARA APLICACIONES GENERALES** | |
| | | | **CARACTERÍSTICAS GENERALES:** | |
| | | | Pantalla: Monitor de al menos 17" (pulgadas) medidas diagonalmente, montado en brazo articulado. | |
| | | | Panel de Control, de altura regulable, con teclado alfanumérico retro iluminado o teclado en una pantalla táctil que permita la introducción de datos del paciente. | |
| | | | Capacidad de almacenamiento en disco rígido de al menos 320 GB. | |
| | | | Debe contar con batería interna para dejar al equipo en modalidad de stand by. | |
| | | | Memoria Cine 2D de al menos 1.000 cuadros, o más. | |
| | | | Rango dinámico de al menos 200 dB. | |
| | | | Frame Rate del sistema de al menos 1.000 cuadros por segundo | |
| | | | Trackball, mouse o algún otro dispositivo para movimiento del puntero. | |
| | | | 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para la conexión simultánea de transductores y 1 puerto activo para sonda ciega. | |
| | | | Dispositivo integrado en el equipo para grabación de imágenes y video en CD o DVD. | |
| | | | Puertos USB para conexión de periféricos, 5 (cinco) puertos como mínimo. | |
| | | | Base rodante, con sistema de anclaje en las 4 ruedas. | |
| | | | 60.000 o más canales digitales de procesamiento del sistema o 1024 Canales de Procesamiento Digital como minimo. | |
| | | | Plataforma modular digital con tecnología multibanda electrónica. | |
| | | | Doble procesador o procesador con núcleos múltiples. | |
| | | | Profundidad de exploración: hasta 30 cm. | |
| | | | Control de Ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de 8 ocho controles como mínimo. | |
| | | | Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitários, volumétricos, Phased Array. | |
| | | | Función de cálculos automáticos de Doppler. | |
| | | | El equipo deberá contar con función 3D/4D a habilitarse a futuro próximo | |
| | | | Capacidad de poder integrar paquete de software de 4D en un futuro. | |
| | | | Con optimización automática de la imagen 2D y Doppler. | |
| | | | **Modos de imagen:** | |
| | | | Modo B, Modo M, Doppler Color, Doppler pulsado, Armónica, | |
| | | | Triplex en Tiempo Real. | |
| | | | Modos de combinación | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2D / M, 2D/PWD, 2D/Color Doppler, 2D/PD, 2D/CW, 2D/Color Doppler / PWD, 2D/PD/PWD, | |
| | | | 2D/Color Doppler / M, 2D/Color Doppler / CW. | |
| | | | Imagen Trapezoidal | |
| | | | Duplex | |
| | | | Imagen Cuadruple. | |
| | | | Triplex. | |
| | | | Doppler Continuo (opcional) para conexión en un futuro. | |
| | | | Con función para imagen panorámica. | |
| | | | Con posibilidad de admitir función para estudios de elastoscan (a habilitarse a futuro próximo) | |
| | | | **Software incluidos y habilitados:** | |
| | | | Software para las siguientes aplicaciones: Ginecología, Obstetricia, Abdominales generales, vasculares, partes blandas, musculo esquelético, cardiología, etc. | |
| | | | Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, base de datos. | |
| | | | Programas pre-set de fábrica y aplicaciones protegido de alteración y supresión. (Opcional) | |
| | | | Software completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, obstétricos, ecocardio fetal. | |
| | | | Software en idioma español, de entorno amigable. | |
| | | | **Varios paquetes de mediciones, incluyendo :** | |
| | | | Obstetricia. | |
| | | | Ginecología. | |
| | | | Vascular periférico. | |
| | | | Renal. | |
| | | | Abdominal. | |
| | | | Mama. | |
| | | | Pediatría. Ecocardio fetal. | |
| | | | **Transductores:** Se establecen los límites inferior y superior, respectivamente en MHz. | |
| | | | No se podrán ofertar transductores que no alcancen los límites especificados. Se podrán ofertar<br>Transductores que superen los límites establecidos. | |
| | | | **Transductores multifrecuenciales** con tecnología broadband (banda ancha), originales y de la misma marca que el equipo ofertado. | |
| | | | **Transductor Lineal** para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con frecuencias de 5 a 12 Mhz. Cantidad: 01 (uno) unidad por equipo. | |
| | | | **Transductor convexo** para aplicaciones general, abdominal, ginecológica y obstetricia con frecuencias de 2 a 5 Mhz. Cantidad 1 (uno) por equipo | |
| | | | **Transductor micro convexo** para aplicaciones pediátricas, abdominal y vascular con frecuencias de 4 a 9Mhz. Cantidad 1 (uno) por equipo. | |
| | | | **Transductor endocavitario** para aplicaciones en ginecología y obstetricia con frecuencias de 4 a 9 MHz y con ángulo de exploración de al menos 180°. Cantidad 1 (uno) por equipo. | |
| | | | **Accesorios:** | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor convexo. Cantidad: 1(uno) | |

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP/BS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor endocavitario. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor lineal. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Video Impresora para Impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad: 1( uno) | |
| | | | Rollo de papel termal de alta densidad para video impresora. Cantidad: 50(cincuenta) | |
| | | | Unidad de alimentación Ininterrumpida UPS del tipo True online de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo ofertado. Cantidad: 1( uno) unidad por equipo | |
| | | | Gel Para Ultrasonido: pote de 500 ml o más. Cantidad. 5 (cinco) unidades por equipo. | |
| | | | **Otras especificaciones.** | |
| | | | Alimentación Principal de 220 v AC/ 50 Hz. | |
| | | | Idioma de manuales del usuario: español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción | |
| | | | Idioma de manuales técnicos: español o ingles. | |
| | | | **Especificaciones de Calidad:** | |
| | | | Garantía de fábrica del equipo ofertado: 12 (doce) meses a partir del acta de recepción definitiva. | |
| | | | Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos repuestos y mano de obras sin costo para la convocante, por el periodo de 12 (doce) meses a partir del acta de recepción definitiva (al momento de la puesta en funcionamiento del equipo) | |
| | | | Garantía de fábrica de la provisión de repuestos y accesorios por el periodo de 3 (tres) años. | |
| | | | Certificados de calidad : FDA , CE, JIS ( o al menos uno de ellos) | |
| | | | Certificado que acredite la experiencia mínima de 3 (tres años) como proveedor de equipos similares al ofertado, documentando experiencia y capacidad técnica. | |

**OBSERVACIONES:**

- LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE ACCESORIOS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.
- AL MOMENTO DE RECEPCIONAR EL EQUIPO SE EXPEDIRA UN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y LA RECEPCION DEFINITIVA SE EXPEDIRA UNA VEZ QUE EL EQUIPO SEA INSTALADO Y LISTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
- LA GARANTÍA EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (Acta de Recepcion Definitiva) EN LA INSTITUCIÓN DESIGNADA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO Y CORRECTIVOS CON REPUESTOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA.
- LA ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS NO DEBE SER SUPERIOR A 3 AÑOS Y LOS SOFTWARE UTILIZADOS NO SUPERIOR A 2 AÑOS.
- SE DEBERAN OFERTAR EQUIPOS NUEVOS.

Ing. MAYER Sergio Ramón
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

**Asunción, 12 de Agosto de 2014**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 06/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **B. Contenido de los Documentos de la Licitación** |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: 021 223 523<br>Fax: *021 223 523*<br>Dirección electrónica: *licitaciones.mspbs@gmail.com*<br>**La fecha y hora límites para realizar consultas es***: **13/08/2014** hasta las **08:00** a.m.* |
| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***21 de Agosto de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***21 de Agosto de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

Ma. Dolores Miracca Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

**Asunción, 04 de Agosto de 2014.-**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 05/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **B. Contenido de los Documentos de la Licitación** |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: 021 223 523<br>Fax: *021 223 523*<br>Dirección electrónica: *licitaciones.mspbs@gmail.com*<br>**La fecha y hora límites para realizar consultas es***: **29/07/2014** hasta las **08:00** a.m.* |
| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***05 de Agosto de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***05 de Agosto de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

Ma. Dolores Macca Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

## Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

### 1. Criterios de Evaluación (IAO 34)

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado (documento original). El oferente deberá cotizar y completar todos los datos requeridos de los ítems que desea ofertar, conforme al formulario N° 3 – Planilla de Precios.
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida (documento original).
  - Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07). (documento original)
- Se verificarán la presentación de los Documentos de Carácter No Sustancial o Formal:
  - Los Documentos a verificar se encuentran indicados en la Seccion VII – Anexo 1
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.
- El Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes. En caso de omitir la presentación de algún DOCUMENTO NO SUSTANCIAL, la Convocante podrá solicitar por escrito la presentación del mismo, dentro de un plazo razonable de acuerdo a la naturaleza del documento, en la etapa de la evaluación.
- La evaluación de la oferta se realizará por cada uno de los ÍTEMS ofertados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y a los Precios Referenciales establecidos para cada Ítem. No se considerará la oferta que sea distinta o sustituta o que difiera en uno o más de los parámetros mencionados. La oferta deberá ser en las formas de presentación solicitadas o en el rango si corresponde.
- Mediante un Cuadro Comparativo de precios se seleccionará provisoriamente al oferente o postor que ofrezca el mejor precio, cuyas documentaciones serán analizadas en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación.
- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.
- En caso que la mejor oferta seleccionada no cumpla con alguno de los criterios anteriormente mencionado, se evaluará la segunda mejor oferta; y en caso que esta tampoco cumpla con alguno de los criterios de evaluación se evaluarán las demás ofertas existentes.
- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple"

## Sección III. Suministros Requeridos

| 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
| 1 | 42201718-001 | ECOGRAFO | **ECÓGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO DOPPLER COLOR PARA APLICACIONES GENERALES** | |
| | | | **CARACTERÍSTICAS GENERALES:** | |
| | | | Pantalla: Monitor de al menos 17" (pulgadas) medidas diagonalmente, montado en brazo articulado. | |
| | | | Panel de Control, de altura regulable, con teclado alfanumérico retro iluminado o teclado en una pantalla táctil que permita la introducción de datos del paciente. | |
| | | | Capacidad de almacenamiento en disco rígido de al menos 500 GB. | |
| | | | Debe contar con batería interna para dejar al equipo en modalidad de stand by. | |
| | | | Memoria Cine 2D de al menos 1.000 cuadros, o más. | |
| | | | Rango dinámico de al menos 200 dB. | |
| | | | Frame Rate del sistema de al menos 1.000 cuadros por segundo | |

Ma. Dolores Mendez Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Compras

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trackball, mouse o algún otro dispositivo para movimiento del puntero. | |
| | | | 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para la conexión simultánea de transductores y 1 puerto activo para sonda ciega. | |
| | | | Dispositivo integrado en el equipo para grabación de imágenes y video en CD o DVD. | |
| | | | Puertos USB para conexión de periféricos, 6 (seis) puertos como mínimo. | |
| | | | Base rodante, con sistema de anclaje en las 4 ruedas. | |
| | | | 60.000 o más canales digitales de procesamiento del sistema | |
| | | | Plataforma modular digital con tecnología multibanda electrónica. | |
| | | | Doble procesador o procesador con núcleos múltiples. | |
| | | | Profundidad de exploración: hasta 30 cm. | |
| | | | Control de Ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de 8 ocho controles como mínimo. | |
| | | | Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitários, volumétricos, Phased Array. | |
| | | | Función de cálculos automáticos de Doppler. | |
| | | | El equipo deberá contar con función 3D/4D a habilitarse a futuro próximo | |
| | | | Capacidad de poder integrar paquete de software de 4D en un futuro. | |
| | | | Con optimización automática de la imagen 2D y Doppler. | |
| | | | **Modos de imagen:** | |
| | | | Modo B, Modo M, Doppler Color, Doppler pulsado, Armónica, | |
| | | | Triplex en Tiempo Real. | |
| | | | Modos de combinación | |
| | | | 2D / M, 2D/PWD, 2D/Color Doppler, 2D/PD, 2D/CW, 2D/Color Doppler / PWD, 2D/PD/PWD, | |
| | | | 2D/Color Doppler / M, 2D/Color Doppler / CW. | |
| | | | Imagen Trapezoidal | |
| | | | Duplex | |
| | | | Imagen Cuadruple. | |
| | | | Triplex. | |
| | | | Doppler Continuo (opcional) para conexión en un futuro. | |
| | | | Con función para imagen panorámica. | |
| | | | Con posibilidad de admitir función para estudios de elastoscan (a habilitarse a futuro próximo) | |
| | | | **Software incluidos y habilitados:** | |
| | | | Software para las siguientes aplicaciones: Ginecología, Obstetricia, Abdominales generales, vasculares, partes blandas, musculo esquelético, cardiología, etc. | |
| | | | Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, base de datos. | |
| | | | Programas pre-set de fábrica y aplicaciones protegido de alteración y supresión. (Opcional) | |
| | | | Software completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, obstétricos, | |

Ma. Dolores Mracca Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. MARIO Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Software en idioma español, de entorno amigable. | |
| | | | **Varios paquetes de mediciones, incluyendo :** | |
| | | | Obstetricia. | |
| | | | Ginecología. | |
| | | | Vascular periférico. | |
| | | | Renal. | |
| | | | Abdominal. | |
| | | | Mama. | |
| | | | Pediatría. Ecocardio fetal. | |
| | | | **Transductores:** Se establecen los límites inferior y superior, respectivamente en MHz. | |
| | | | No se podrán ofertar transductores que no alcancen los límites especificados. Se podrán ofertar Transductores que superen los límites establecidos. | |
| | | | **Transductores multifrecuenciales** con tecnología broadband (banda ancha), originales y de la misma marca que el equipo ofertado. | |
| | | | **Transductor Lineal** para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con frecuencias de 5 a 12 Mhz. Cantidad: 01 (uno) unidad por equipo. | |
| | | | **Transductor convexo** para aplicaciones general, abdominal, ginecológica y obstetricia con frecuencias de 2 a 5 Mhz. Cantidad 1 (uno) por equipo | |
| | | | **Transductor micro convexo** para aplicaciones pediátricas, abdominal y vascular con frecuencias de 4 a 9Mhz. Cantidad 1 (uno) por equipo. | |
| | | | **Transductor endocavitario** para aplicaciones en ginecología y obstetricia con frecuencias de 4 a 9 MHz y con ángulo de exploración de al menos 180°. Cantidad 1 (uno) por equipo. | |
| | | | **Accesorios:** | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor convexo. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor endocavitario. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Guía de biopsia reusable para Transductor lineal. Cantidad: 1(uno) | |
| | | | Video Impresora para Impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad: 1( uno) | |
| | | | Rollo de papel termal de alta densidad para video impresora. Cantidad: 50(cincuenta) | |
| | | | Unidad de alimentación Ininterrumpida UPS del tipo True online de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo ofertado. Cantidad: 1( uno) unidad por equipo | |
| | | | Gel Para Ultrasonido: pote de 500 ml o más. Cantidad. 5 (cinco) unidades por equipo. | |
| | | | **Otras especificaciones.** | |
| | | | Alimentación Principal de 220 v AC/ 50 Hz. | |
| | | | Idioma de manuales del usuario: español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción | |
| | | | Idioma de manuales técnicos: español o ingles. | |
| | | | **Especificaciones de Calidad:** | |
| | | | Garantía de fábrica del equipo ofertado: 12 (doce) meses a partir del acta de recepción definitiva. | |
| | | | Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos repuestos y mano de obras sin costo para la convocante, por el periodo de 12 (doce) meses a partir del acta de recepción definitiva (al momento de la puesta en funcionamiento del equipo) | |

Ma. Dolores Balbuena Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Garantía de fábrica de la provisión de repuestos y accesorios por el periodo de 3 (tres) años. | |
| | | | Certificados de calidad : FDA , CE, JIS ( o al menos uno de ellos) | |
| | | | Certificado que acredite la experiencia mínima de 3 (tres años) como proveedor de equipos similares al ofertado, documentando experiencia y capacidad técnica. | |

**OBSERVACIONES:**

- LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE ACCESORIOS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.
- AL MOMENTO DE RECEPCIONAR EL EQUIPO SE EXPEDIRA UN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y LA RECEPCION DEFINITIVA SE EXPEDIRA UNA VEZ QUE EL EQUIPO SEA INSTALADO Y LISTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
- LA GARANTÍA EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (Acta de Recepcion Definitiva) EN LA INSTITUCIÓN DESIGNADA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO Y CORRECTIVOS CON REPUESTOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA.
- LA ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS NO DEBE SER SUPERIOR A 3 AÑOS Y LOS SOFTWARE UTILIZADOS NO SUPERIOR A 2 AÑOS.
- SE DEBERAN OFERTAR EQUIPOS NUEVOS.

## Sección VII. Anexos

ANEXO N° I

**DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I)** | **Documentos Adicionales.** | | |
| a. | Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario | | |
| b. | Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública, conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos. | | |
| c. | Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; | | |
| d. | Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | | |
| e. | Habilitación Vigente como representante/importador/distribuidor de dispositivos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S. vigente.- | | |
| | Constancia de Habilitación Vigente de Servicio Técnico de Dispositivos Médicos como empresa representante/importador/distribuidor de equipos médicos, emitido por el M.S.P Y B.S. | | |
| g. | Normas de Calidad para los ítems a ofertar: ISO / CE / UL / FDA / TÜV, Normas de Mercosur o al menos una de ellas, aclarar en la oferta cual norma cumple cada bien ofertado.- | | |
| h. | El Oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa. | | |

Ma. Dolores Acosta Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**Asunción, 17 de Julio de 2014**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 04/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **B. Contenido de los Documentos de la Licitación** |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: 021 223 523<br>Fax: *021 223 523*<br>Dirección electrónica: *licitaciones.mspbs@gmail.com*<br>**La fecha y hora límites para realizar consultas es***: **22/07/2014** hasta las **08:00** a.m.* |
| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***29 de Julio de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***29 de Julio de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

Ma. Dolores Macca Heitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.C.C. - M.S.P. y B.S.

**Asunción, 17 de Julio de 2014**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 03/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
|---|---|
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***18 de Julio de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***18 de Julio de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

**Asunción, 07 de Julio de 2014**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 02/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014** ***"ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
|---|---|
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***08 de Julio de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***08 de Julio de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

**Asunción, 26 de Junio de 2014**

PAC Nº: 267.572

# ADENDA Nº 01/2014

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014** "***ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO***" SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

### Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
|---|---|
| **IAO 23.1** | **Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***27 de Junio de 2014***<br>Hora: *hasta las **09:50** a.m. horas* |
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**<br>Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL<br>Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Fecha: ***27 de Junio de 2014***<br>Hora: ***10:00** a.m. horas* |

Ma. Dolores Miranda Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**Asunción, 17 de Junio de 2014**