MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (un) homogeneizador de tubos por cada servicio. **Para Hospital Regional de Ciudad del Este.**												

Dr. Santiago A. Insaurralde F.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Abog. Pablo Antonio Lezcano Niba
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Dra. Gloria de Polas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos
LCSP - MSPBS

Dra. L. Carolina Aguino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorios
Hospital General Ladrillero

Dra. [illegible]
Directora General
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Public

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Biotec del Paraguay SRL	4	3	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Se requiere 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras o 2 (dos) equipos en comodato, Equipo de Química Clínica y Equipo de Inmunología, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio para análisis de química clínica y ensayos de inmunología (integrados en caso de ofertar 1 Equipo en comodato). Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 800 test/hora en el módulo de química y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el/los equipo/s ofertado/s. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Con lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y	Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.190	75.000	150.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	4	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.190	60.000	120.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	5	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.190	60.000	120.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	6	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.190	30.000	60.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	7	41116105-129	HDL COLESTEROL (Directo, sin precipitación)		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	4.900	15.000	30.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	8	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.190	50.000	100.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	9	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.400	50.000	100.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	10	41116105-127	GOT		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.490	20.000	40.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	11	41116105-128	GPT		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.490	20.000	40.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	12	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	20.000	40.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	13	41116105-123	BILIRRUBINA (TOTAL)		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	20.000	40.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	14	41116105-123	BILIRRUBINA (DIRECTA)		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	20.000	40.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	15	41116130-081	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	12.000	24.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	16	41116113-016	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	4.000	8.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	17	41116105-130	LDH		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	18	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	19	41116105-403	ALBUMINA		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	20	41113305-001	CALCIO		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	21	41116113-022	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	1.500	3.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	22	41116105-005	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	1.500	3.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	23	41116105-109	CK MB		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	1.000	2.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	24	41113305-002	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	1.000	2.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	

Dr. Santiago A. Insurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
LCSP - M.S.P.y B.S.

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pedro Germán

Dra. Natalia Valdez
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Biotec del Paraguay SRL	4	25	41116004-020	PROTEINAS (Proteinuria)	proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Integración web y asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado. Equipo de última generación no mayor a 3 (tres) años de fabricación. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo autoanalizador al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresora necesaria para la impresión de resultados (1 impresora en comodato como mínimo, tinta y/o tóner), rollos para etiquetas y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en	Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	500	1.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	26	41116012-001	PROTEINA LCR		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	500	1.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	27	41116105-124	HIERRO		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	3.300	2.900	500	1.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	28	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1c)		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	18.000	20.000	2.500	5.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	29	41116003-011	Electrolitos (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	10.000	12.000	10.000	20.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	30	41116105-104	C3		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	6.900	6.900	200	400	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	31	41116105-105	C4		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	6.900	6.900	200	400	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	32	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	26.000	29.000	500	1.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	33	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	14.000	16.000	300	600	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	34	41116002-103	Hepatitis C		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	300	600	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	35	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	4.000	8.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	36	41115819-003	TOXO IgM reactivo		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	4.000	8.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	37	41115819-001	RUBEOLA IgG		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	25.000	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	38	41115819-002	RUBEOLA IgM		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	25.000	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	39	41116126-016	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	25.000	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	40	41116126-017	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	25.000	3.000	6.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	41	41116010-008	IgE Reactivo		Unidad	Determinación	Mindray	China	26.000	26.000	600	1.200	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	42	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativa		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	1.000	2.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	43	41116105-131	DIMERO D		Unidad	Determinación	Mindray	China	50.000	50.000	300	600	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	44	41111605-007	T3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	20.000	2.000	4.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	45	41116126-013	KITS - DETERMINACIÓN DE T4		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	20.000	2.000	4.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	46	41111605-003	FT3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	20.000	2.000	4.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	47	41111605-006	FT4 REACTIVO		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	20.000	2.000	4.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	48	41116105-368	TSH Reactivo		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	20.000	2.500	5.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	49	41115819-010	VITAMINA B12		Unidad	Determinación	Accudiag	Usa	18.000	18.000	200	400	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	50	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Unidad	Determinación	Accudiag	Usa	60.000	60.000	200	400	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	51	41116105-271	FERRITINA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	17.000	17.000	200	400	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos

Dra. L. Caroline Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorial
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weber
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Biotec del Paraguay SRL	4	52	41116105-284	TRANSFERRINA	marcha del equipo deben ser provcidos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. Se deberá proveer de tubos con gel separador de sueros en cantidad igual que las determinaciones solicitadas. Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañeria desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (una) centrifuga de 36 tubos o más. Para Hospital Regional de Ciudad del Este.	Unidad	Determinación	Wiener	Argentina	7.000	7.000	200	400	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	53	41116105-400	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	1.500	3.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	54	41116105-400	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	1.000	2.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	55	41113305-004	CA 125		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	800	1.600	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	56	41113305-005	CA 15-3		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	800	1.600	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	57	41113305-006	CA 19-9		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	800	1.600	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	58	41116004-026	CEA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	1.000	2.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	59	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	60	41116010-004	AC. ANTI TIROGLOBULINA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	61	41116105-078	REACTIVO PARA B HCG		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	17.000	17.000	1.000	2.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	62	41116105-545	INSULINA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	63	41116105-594	CORTISOL		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	20.000	29.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	64	41116105-590	ESTRADIOL		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	20.000	22.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	65	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	20.000	22.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	66	41116010-042	LH hormona luteinizante		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	20.000	22.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	67	41116004-028	PROGESTERONA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	68	41116126-014	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	20.000	22.000	500	1.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	69	41116015-464	TESTOSTERONA REACTIVO		Unidad	Determinación	Diasorin	Italia	26.000	29.000	400	800	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
CSP - M.S.P.y B.C.

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Lab. Hemat.
Hospital Regional

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prot. Nº 1105

Dra. Ma. Del Carmen Villalba
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Public.

Abog. Pablo Antonio Arcaino Koa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Biotec del Paraguay SRL	4	70	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Minimas caracteisticas: Conectado al software de gestion del laboratorio, con lector de codigo de barras), electrodos libre de mantenimiento para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometria pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso). Certificado FDA o CE (al menos uno de ellos). Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. Los equipos ofertados no deberán tener más de 3 (tres) años de uso. Para Hospital Regional de Ciudad del Este.	Unidad	Determinación	Siemens	Aleman	34.000	36.000	10.000	20.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Abog. Pablo Antonio Lezcano Mora
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Dra. Gloria de Ruiz
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
LCSP - M.S.P.B.S.

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Carolina Miller
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Mg. Nadia Soledad Villas Boas de Silvero
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Biotec del Paraguay SRL	4	71	41116005-006	REACTIVO TP	**REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMOSTASIA con provisión de equipo Automatizado en comodato,** método electromagnético, densidad óptica (nefelometría) cromogénico o inmunoturbidimetrico conectado al software de gestión del laboratorio: Que posea un software capaz de procesar perfiles completos, incorporar parámetros, realizar repeticiones y/o intercalar emergencias durante la corrida. El equipo deberá estar conectado a una UPS. Que permita el ingreso de tubo primario, que posea lector de código de barras para muestras, reactivos, controles y calibradores. Que procese como mínimo 40 muestras por hora. Lavado automático de las agujas para evitar el arrastre. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Equipos de fabricación no mayor a 3 años de fabricación. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas. Los reactivos para la puesta en marcha del equipo deben ser proveidos por el oferente, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para cada Kit. Ejemplo; Papel - tinta - impresora (1 impresora como mínimo en comodato) y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. La empresa deberá presentar por escrito un programa de mantenimiento preventivo, durante el tiempo de permanencia del Equipo en el Laboratorio, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y asistencia técnica además	Unidad	Determinación	Biolabo	Francia	6.000	5.800	12.000	24.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	72	41116005-007	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Biolabo	Francia	6.000	5.800	12.000	24.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	
Biotec del Paraguay SRL	4	73	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Unidad	Determinación	Biolabo	Francia	6.000	5.800	8.000	16.000	8.034.020.000	7.199.720.000	-10,38	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Pelias
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos
L.C.S.P.

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Radiánico

Dra. Natalie Velázquez
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lezcano Acosta
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa.La instalación del equipo debe estar a cargo del provecedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación segun la necesidades del equipo. Para Hospital Regional de Ciudad del Este.												

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
DSP - M.S.P.

Dra. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Dirección Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Gonzalez Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
BIOANALISIS S.R.L.	5	1	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	**Reactivos con 1 (un) equipo en comodato.** La tecnología debe permitir realizar lecturas ópticas de precisión láser o criometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 24 **parámetros** hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos y recuento de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de fabricación. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA compatible con los equipos ofertados y en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán	Unidad	Determinación	Sysmex	Brasil	8.900	6.500	90.000	180.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	Se recomienda la adjudicación a la Empresa BIOANALISIS S.R.L., por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1108
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Roias
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
LCSP

Dra. Ma. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratori.
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Vezzano Nova
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (1 impresora como mínimo en comodato), tinta y/o tóner y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (un) homogeneizador de tubos. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación electricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando												

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorial
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weller
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefe Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. **Para Hospital Materno Infantil de San Lorenzo**												

Dr. Santiago A. Iosaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rolas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos
LCSP - MSPyBS

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Microbiología
Hospital General Barrio Obrero

Dra. Natalia Oreiller
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Cezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
BIOANALISIS S.R.L.	5	2	41116105-126	GLICEMIA	**REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR.** Se requiere 1 (un) equipo en comodato, **Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados** por un Gestor de Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 800 test/hora en el módulo de química y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el equipo ofertado. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Con lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes	Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	40.000	80.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	3	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	40.000	80.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	4	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	40.000	80.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	5	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	24.000	48.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	6	41116105-129	HDL COLESTEROL (Directo, sin precipitación)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	5.000	10.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	7	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	18.000	36.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	8	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	18.000	36.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	9	41116105-127	GOT		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	15.000	30.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	10	41116105-128	GPT		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	15.000	30.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	11	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	15.000	30.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	12	41116105-123	BILIRRUBINA (TOTAL)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	14.000	28.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	13	41116105-123	BILIRRUBINA (DIRECTA)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	14.000	28.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	14	41116130-081	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	15	41116113-016	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	1.500	3.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	16	41116105-130	LDH		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	1.500	3.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	17	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	18	41116105-403	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	19	41113305-001	CALCIO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	4.000	8.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	20	41116113-022	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	4.000	8.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	21	41116105-005	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	4.000	8.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	22	41116105-109	CK MB		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	23	41113305-002	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	24	41116012-001	PROTEINA LCR		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
LCSP - M.S.P y B.S.

Dra. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Dra. Mari[illegible]
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lozano [illegible]
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos una Nueva Ruta

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
BIOANALISIS S.R.L.	5	25	41116105-9994	HIERRO SERICO	con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Integración web y asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado. Equipo de última generación no mayor a 3 (tres) años de fabricación. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo autoanalizador al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresora necesaria para la impresión de resultados (1 impresora en comodato como mínimo, tinta y/o toner), rollos para etiquetas y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar	Unidad	Determinación	Roche	Alemania	3.300	4.300	3.000	6.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	26	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1c)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	39.000	40.000	2.500	5.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	27	41116003-011	Electrolitos (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	7.000	5.000	5.000	10.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	28	41111605-007	T3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	29	41116126-013	KITS - DETERMINACIÓN DE T4		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.500	3.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	30	41111605-003	FT3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.500	3.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	31	41111605-006	FT4 REACTIVO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	32	41116105-368	TSH REACTIVO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	4.000	8.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	33	41113305-004	CA 125		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	34	41113305-005	CA 15-3		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	35	41113305-006	CA 19-9		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	36	41116004-026	CEA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	37	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	38	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativa		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	2.000	4.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	39	41116105-131	DIMERO D		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	85.000	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	40	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	41	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	42	41116010-067	Reactivo para anticuerpo Core IgG + IgM-HB		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	43	41116002-103	HEPATITIS C		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	44	41115819-001	RUBEOLA IgG		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	45	41115819-002	RUBEOLA IgM		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	46	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	47	41115819-003	TOXO IgM reactivo		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	48	41116126-016	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	

Dr. Santiago A. Insaurralde F.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de R...
Jefa Dpto. de ...
Reactivos

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorial
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalia Weber
Director Técnico
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefa Unidad de Control de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
BIOANALISIS S.R.L.	5	49	41116126-017	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM	incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. Se deberá proveer de tubos con gel separador de sueros en cantidad igual que las determinaciones solicitadas. Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (una) centrifuga de 36 tubos o más. Para Hospital Materno Infantil de San Lorenzo	Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.500	7.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	50	41116105-400	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	51	41116105-400	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.000	2.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	52	41116113-023	Carbamazepina		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	45.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	53	41116113-048	Fenitoina		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	45.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	54	41116113-031	Acido Valproico		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	45.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	55	41116113-029	Vancomicina		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	45.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	56	41116113-026	Fenobarbital		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	45.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	57	41116113-028	Teofilina - (Aminofilina)		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	45.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	58	41116105-152	IgE Total		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	59	41116105-106	IgA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	60	41116105-104	C3		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	61	41116105-105	C4		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	200	400	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	62	41116105-078	Reactivo para BHCG		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	63	41116105-594	CORTISOL		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	64	41116105-590	ESTRADIOL		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	65	41116010-041	FSH hormona foliculo estimulante		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	66	41116010-042	LH hormona luteinizante		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	67	41116004-028	Progesterona		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	68	41116126-014	Kits- Determinacion de Prolactina		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	500	1.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	69	41116010-004	Ac. Anti Tiroglobulina		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.500	3.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	70	41116105-305	TPO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	1.500	3.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	71	41116105-284	TRANSFERRINA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.000	6.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	72	41116105-271	FERRITINA		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.000	6.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	73	41115819-010	VITAMINA B12		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.000	6.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	74	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Unidad	Determinación	Roche	Alemania	40.000	40.000	3.000	6.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos
Hospital General Pediátrico

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Dr. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
BIOANALISIS S.R.L.	5	75	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Mínimas caracteisticas: conectado al Software de Gestión del Laboratorio; electrodos libre de mantenimiento; para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito, Bilirrubina neonatal, H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RHPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso). Certificado FDA o CE (al menos uno de ellos). Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50-60 HZ, y contar con UPS. El Equipo ofertado debe ser nuevo. Para Hospital Materno Infantil de San Lorenzo	Unidad	Determinacion	Roche	Alemania	45.000	31.000	10.000	20.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	

Dr. Santiago A. Insaurralde
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos
LCSP - M.S.P.B.S.

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Kuster
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Jefe Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Dr. Pablo Antonio Barro Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
BIOANALISIS S.R.L.	5	76	41116005-006	REACTIVO TP	**REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMOSTASIA con provisión de equipo Automatizado en comodato,** método electromagnético, densidad óptica (nefelometria) cromogénico o inmunoturbidimetrico conectado al software de gestión del laboratorio: Que posea un software capaz de procesar perfiles completos, incorporar parámetros, realizar repeticiones y/o intercalar emergencias durante la corrida. El equipo deberá estar conectado a una UPS. Que permita el ingreso de tubo primario, que posea lector de código de barras para muestras, reactivos, controles y calibradores. Que procese como mínimo 40 muestras por hora. Lavado automático de las agujas para evitar el arrastre. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Equipos de fabricación no mayor a 3 años de fabricación. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas. Los reactivos para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el oferente, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para cada Kit. Ejemplo; Papel - tinta - impresora (1 impresora como mínimo en comodato) y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. La empresa deberá presentar por escrito un programa de mantenimiento preventivo, durante el tiempo de permanencia del Equipo en el Laboratorio, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y asistencia técnica además	Unidad	Determinación	Stago	Francia	6.300	6.000	24.000	48.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	77	41116005-007	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Stago	Francia	6.300	6.000	24.000	48.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	
BIOANALISIS S.R.L.	5	78	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Unidad	Determinación	Stago	Francia	6.000	6.000	15.000	30.000	11.830.900.000	11.744.100.000	-0,73	

Dr. Santiago A. Irisarralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorial
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Dr. Pablo Arturo Lazcano Ibar
Jefe Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Arturo Lazcano Ibar
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. .La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. Para Hospital Materno Infantil de San Lorenzo													
Index SACI	5	1	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	**Reactivos con 1 (un) equipo en comodato.** La tecnología debe permitir realizar lecturas ópticas de precisión láser o criometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo **24 parámetros** hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos y recuento de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de fabricación. Provisión de	Unidad	Determinación	Cell-Dyn Ruby Abbott	USA / ALEMANIA	8.900	11.000	90.000	180.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rolas
Jefa Dpto. de Suministros

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos
Hospital General Pediátrico

Dra. Narelie Weller
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilera
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Abog. Pablo Antonio Lezcano R.
Coordinador General de Asesoría
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					tubos con anticoagulante EDTA compatible con los equipos ofertados y en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (1 impresora como mínimo en comodato), tinta y/o tóner y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser provcidos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al											

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos

Dra. L. Caroline Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Químicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weller
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Lic. Pablo Antonio Lezcano Bo
Coordinador General de Asesoría Jurí
Dirección General de G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (un) homogeneizador de tubos. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. **Para Hospital Materno Infantil de San Lorenzo**													
Index SACI	5	2	41116105-126	GLICEMIA	**REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR.** Se requiere 1 (un) equipo en comodato, **Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados** por un Gestor de Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 800 test/hora en el módulo de química y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el	Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.200	40.000	80.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratoriales
Hospital General Pediátrico

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Abog. Pablo Antonio Lezcano Ruiz
Coordinador General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					equipo ofertado. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Con lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas). Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Integración web y asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado. Equipo de última generación no mayor a 3 (tres) años de fabricación. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo autoanalizador al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación,											

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rolas
Jefa Dpto. de Suministro
React. e Insumos

Dra. L. Cerquina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Abog. Pablo Antonio Lezcano
Coordinador General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresora necesaria para la impresión de resultados (1 impresora en comodato como mínimo, tinta y/o tóner), rollos para etiquetas y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de											

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. Reg. Nº 1109
L.C.S.P. / Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos
L.C.S.

Dra. Marie del Solar Resende de Silvero
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratoriales
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Abog. Pablo Antonio Lozzano Ro
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jur
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
					la empresa. Se deberá proveer de tubos con gel separador de sueros en cantidad igual que las determinaciones solicitadas. Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (una) centrifuga de 36 tubos o más. Para Hospital Materno Infantil de San Lorenzo												
Index SACI	5	3	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	7.000	40.000	80.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	4	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.600	40.000	80.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	5	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.600	24.000	48.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	6	41116105-129	HDL COLESTEROL (Directo, sin precipitación)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	4.800	5.000	10.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	7	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.100	18.000	36.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	8	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.600	18.000	36.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	9	41116105-127	GOT		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.100	15.000	30.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	10	41116105-128	GPT		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.100	15.000	30.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	11	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	990	15.000	30.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	12	41116105-123	BILIRRUBINA (TOTAL)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.900	14.000	28.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	13	41116105-123	BILIRRUBINA (DIRECTA)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	2.200	14.000	28.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
React. e Insumos

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weiler
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Abog. Pablo Antonio Lezcano T.
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Index SACI	5	14	41116130-081	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.700	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	15	41116113-016	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	2.800	1.500	3.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	16	41116105-130	LDH		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.500	1.500	3.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	17	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.200	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	18	41116105-403	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.250	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	19	41113305-001	CALCIO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.100	4.000	8.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	20	41116113-022	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	500	4.000	8.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	21	41116105-005	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.100	4.000	8.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	22	41116105-109	CK MB		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	7.400	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	23	41113305-002	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.600	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	24	41116012-001	PROTEINA LCR		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	3.100	500	1.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	25	41116105-9994	HIERRO SERICO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	3.300	1.700	3.000	6.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	26	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1c)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	39.000	36.900	2.500	5.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	27	41116003-011	Electrolitos (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	7.000	19.400	5.000	10.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	28	41111605-007	T3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	21.100	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	29	41116126-013	KITS - DETERMINACIÓN DE T4		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	18.500	1.500	3.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	30	41111605-003	FT3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	18.500	1.500	3.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	31	41111605-006	FT4 REACTIVO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	18.500	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	32	41116105-368	TSH REACTIVO		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	46.400	4.000	8.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	33	41113305-004	CA 125		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	53.000	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	

Dr. Santiago A. Insaurralde R.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Bolaños
Jefa Dpto. de Suministros
Red...

Abog. R... Espinola Benítez
Asesoría Jur... D.G.O.O.C.

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie ...
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Dra. Inés ... de Silvero
Jefa Unidad de Gestión de Calidad
Laboratorio Central de Salud Pública

Abog. Pablo Rubén Lezcano
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	LOTE	Ítem	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Presentación	Unidad de medida	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO ESTIMATIVO	PRECIO OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MAXIMA	TOTAL POR LOTE REFERENCIAL	TOTAL POR LOTE OFERTADO	% VARIACIÓN POR LOTE	Recomendación
Index SACI	5	34	41113305-005	CA 15-3		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	61.600	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	35	41113305-006	CA 19-9		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	48.000	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	36	41116004-026	CEA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	38.800	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	37	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	40.500	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	38	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativa		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	46.400	2.000	4.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	39	41116105-131	DIMERO D		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	84.800	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	40	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	61.600	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	41	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	22.000	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	42	41116010-067	Reactivo para anticuerpo Core IgG + IgM-HB		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	40.500	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	43	41116002-103	HEPATITIS C		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	70.500	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	44	41115819-001	RUBEOLA IgG		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	45.800	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	45	41115819-002	RUBEOLA IgM		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	63.400	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	46	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	29.000	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	47	41115819-003	TOXO IgM reactivo		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	52.800	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	48	41116126-016	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	48.500	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	49	41116126-017	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	65.200	3.500	7.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	
Index SACI	5	50	41116105-400	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Unidad	Determinación	Abbott	USA / ALEMANIA	40.000	61.600	1.000	2.000	11.830.900.000	12.692.640.000	7,28	

Dr. Santiago A. Insaurralde F.
Bioq. U.N.A. - Reg. Nº 1109
L.C.S.P. - Red Nacional de Laboratorios

Dra. Gloria de Rojas
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos

Dra. L. Carolina Aquino
Jefa Dpto. de Análisis Clínicos y Laboratorio
Hospital General Pediátrico

Dra. Natalie Weller
Directora Técnica
Lab. Central de Salud Pública

Dra. Ma. Raquel Aguilar
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 1105

Abog. Pablo Antonio Arciano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.