"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

INFORME RECTIFICATORIO N° I

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de Junio de 2017, se presenta el Informe Rectificatorio N° I, al Informe de Evaluación, de fecha 24 de abril del 2017, resultante de la Reevaluación de Ofertas inherentes a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003** y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

1. ANTECEDENTES.

El informe Rectificatorio N° I se realiza en consideración a la Nota DNCP/DJ/N° 5389/17, de fecha 25 de Mayo de 2017, por el cual el Director Jurídico de la DNCP, Abog. Luis Godoy Duria, se dirige al Instituto de Previsión Social, en relación a la presentación de fecha 22 de mayo de 2017, ingresada como Expediente **DNCP N° 4848/17** en el marco de la "**A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 60/2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA UTIA, UCO Y UTIM DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S." CONVOCADA POR EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, ID.300.551,** a través de la cual se comunica la REVALUACIÓN realizada en el presente proceso licitatorio y la ratificación del Comité de Evaluación en los términos de la Resolución de Adjudicación que fuera anulada.
Al respecto, el Director Nacional por **Resolución DNCP N° 813/17** de fecha 10 de marzo de 2016, resolvió **HACER LUGAR A LA PROTESTA, y ANULAR ADJUDICACIÓN REALIZADA A FAVOR DE LAS FIRMAS FALCON COM & IND S.R.L. Y SEMPRO S.A.**; y en consecuencia RETROTRAER todo lo actuado a la etapa de Evaluación de Ofertas con relación al llamado de referencia; DISPONER una nueva evaluación de las Ofertas en el presente llamado teniendo en cuenta lo dispuesto en exordio de la presente resolución.

2. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

En atención a lo expuesto precedentemente se realiza la corrección a la planilla de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, la cual queda de la siguiente manera.

OBSERVACIÓN:

Se procedió a la reevaluación de los ítems 1 y 2 y se sugiere la adjudicación de ambos ítems a la empresa **FALCON COM & IND S.R.L.** y descalificar a la empresa **SEMPRO S.A.** en el ítem 2 del punto 3.6 porque no cumple con lo solicitado según se aprecia en el manual **ARJOHUNTLEIGH** ficha técnica Enterprise 9000x página 2 y 4.
No posee control eléctrico para activación de movimiento/s a través de los pies. Posee una función automática eléctrica de angulación de los pies del paciente que se realiza mediante una centralita de enfermería por medio de las manos.

Cabe mencionar en este punto la justificación médica presentada al respecto, que dice textualmente: "Con respecto a la necesidad de controles en los pies: Disminuye la necesidad de manipular los controles manuales de la baranda, minimizando así la colonización y posterior progresión de infecciones, reduciendo los costos de tratamiento de nuevos cuadros infecciosos de tipo nosocomiales que conllevan a un gran gasto de Recursos Financieros."

Mateo Llano M.
Abogado

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

nta planilla de Reevaluación de ofertas, con las correcciones realizadas.

Ítem 1: Cama para cuidados intensivos

Descripción	FALCON COM. & IND. S.R.L.			SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)			ARGON S.R.L.			IMESE S.A.			CASA BOLLER S.A.		
	1,490,000,000			1,540,000,000			1,995,000,000			2,800,000,000			2,840,000,000		
Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
Descripción: Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.	Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.		
Marca:	LOS PINOS			ARJOHUNTLEIGH			MEDICAL MASTER			HILLROM			PARAMOUNT BEDS		
Modelo:	GEMINI 1060			ENTERPRISE 9000X			MEB-904UCI			VERSACARE			QUALITAS GAMMA DS		
Origen:	COLOMBIA			POLONIA			TAIWAN			USA			INDONESIA		
Dirección Web del fabricante:	www.lospinos-sa.com			www.arjohuntleigh.com			www.medical-master.com			www.hill-rom.com			www.paramountbed.com.mx		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	Si	CE, FDA	92, 97-99	Si	CE	81-86	Si	FDA	7-consulta	Si	FDA	67-68	No	No se respondió a la consulta realizada	
Normas de calidad generales: ISO 13485.	Si	ISO 13485	93-94	Si	ISO 13485	87	Si	ISO 13485	6-consulta	Si	ISO 13485	73	No	No se respondió a la consulta realizada	
Características generales y dimensiones															
Estructura metálica con tratamiento en pintura epóxi-poliester horneada anticorrosiva y antiestática. El acabado epóxico no deberá presentar escamaciones ante impactos. O mejor.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	65	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	96	Si	Posee lo solicitado	33
Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo.	Si	230 Kg	78	Si	250 Kg	63	Si	230Kg	5-Consulta	Si	227 Kg	99	Si	240Kg	33
Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores.	Si	230 x 105 cm	77	Si	235 x 103 cm	63	Si	214 x 106 cm	5-Consulta	Si	240 x 99.1 cm	99	Si	241 x 106 cm	33
Longitud máxima 247 cm.															
Ancho máximo 108 cm.															

Mateo Llano M.
Mat. C.S.J.N.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

Dimensiones de la superficie del paciente.																
Longitud mínima 195 cm.	Si	195 x 90 cm	77	Si	202 x 88 cm	63	No	192 x 91 cm, No cumple con la longitud minima de 195cm	5-Consulta	Si	218 x 90.2 cm	99	Si	200 x 91 cm	33
Ancho mínimo 85 cm.																
Longitud variable eléctricamente.	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	64	No	No cumple con lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	84	NO	Solo manual	33
n cubierta radio transparente al menos en la región dorsal y/o soporte para chasis de RX.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	71	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	100	Si	Posee lo solicitado	33
Barandales laterales abatibles en un solo movimiento, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	65	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	80-81	Si	Posee lo solicitado	33
Cabecera y piecera desmontable.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	68	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	si	Posee lo solicitado	84-85	Si	Posee lo solicitado	33
on ruedas antiestáticas o conductivas de 12 cm de diámetro como mínimo.	Si	12.7 cm	77	Si	12.5	69	Si	12,5cm	5-Consulta	Si	13cm	93	Si	15 cm	33
tema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte. Con tres posiciones: freno, movimiento en línea recta con giro y libre para movimiento en cualquier dirección. Con control para pie.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	67	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	80-81	Si	Posee lo solicitado	33
Capacidad de colocar el poste porta soluciones en las cuatro esquinas.	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	69	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	92	Si	Posee lo solicitado	33
Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	69	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	33
Posiciones																
Que permita dar las siguientes posiciones de forma eléctrica:																
ltura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón).																
Altura mínima 53 cm o menos.	Si			47 cm Min 77 cm Max	77	SI	32 cm Min 76 cm Max	63	Si	44 cm Min 75 cm Max	5-Consulta	Si	46 cm Min 94 cm Max	94	Si	39,5 cm Min 72,5 cm Max	33
Altura máxima 71 cm o más.																
Sección de espalda o fowler con autocontorno.																
Rango de 0° a 60° como mínimo.	Si			0° a 65°	77	Si	0° a 62°	63	Si	0° a 70°	5-Consulta	Si	0° a 65°	94	Si	0° a 70°	33
Trendelenburg.																
Rango de 0° a 10° como mínimo.	Si			0° a 17°	77	Si	0° a 12°	63	Si	0° a 12°	5-Consulta	Si	0° a 15°	94	Si	0° a 12°	33

Mateo Llano M.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

Trendelenburg inverso. Rango de 0° a 10° como mínimo.	Si	0° a 17°	77	Si	0° a 12°	63	Si	0 a 12°	5-Consulta	Si	0° a 10°	94	Si	0° a 12°	33
Sección de rodilla. Rango de 0 a 15° como mínimo.	Si	0° a 35°	77	Si	0° a 16°	63	Si	0° a 40°	5-Consulta	Si	0° a 16°	94	Si	0° a 25°	33
Sistema de RCP mecánico y/o eléctrico.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	65 y 67	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	75 y 78	Si	Posee lo solicitado	33
Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos.	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	65	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	33
Indicador de ángulo del respaldo y trendelemburg.	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	66	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	81	Si	Posee lo solicitado	33
Controles eléctricos interconstruidos en barandales laterales, ubicados a ambos lados de la cama. Deben estar ubicado en el interior (para pacientes) y en el exterior (para enfermería).	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	64-66	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	76 y86	No	Solo de un lado. el otro es un control de pera	33
Controles eléctricos para pies.	Si	Posee lo solicitado	78	NO	No Posee lo solicitado	64	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	82	No	No se respondio a la consulta realizada	
Colchón Pasivo															
Colchón pasivo de la misma marca de la cama.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	72	SI	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
De acuerdo a la forma y tamaño de la cama.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	98 y 99	Si	Posee lo solicitado	33
Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo.	Si	250 Kg	79	Si	250 Kg	73	Si	230Kg	5-Consulta	Si	227Kg	99	Si	240Kg	33
Adecuada para realizar procedimientos de RCP	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	75	Si	Posee lo solicitado	33
Antihongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicit	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33

Mateo Llano M.
Mat. C.S.J. Nº 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

								ado							
Resistente a ingreso de líquidos.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
Con redistribución de presión.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	73				Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
Espesor mínimo de 15 cm.	Si	16 cm	79		15 cm	73	No	8cm de espesor	5-Consulta	Si	20.3 cm	99	No	Solo 10cm	33
Un colchón por cada cama.	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	EVER FIT	33
cción inferior con sistema de extensión y retracción o similar, siguiendo la variación de longitud de la cama	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	99	No	Tamaño fijo	33
Alarmas															
Estado de batería baja.	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	69	No	No se respondió a la consulta		Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	33
Alarma audible de salida de paciente de la cama.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	68	No	No se respondió a la consulta		Si	Posee lo solicitado	89-90	Si	Posee lo solicitado	33
Báscula integrada de la misma marca que la cama															
Báscula electrónica con capacidad de pesaje de 225 Kg como mínimo.	Si	400 Kg	79	Si	Posee lo solicitado	66	Si	300 Kg	5-Consulta	Si	250 Kg	88-89	No	200Kg máximo	33
Despliegue del peso digital en kilogramos.	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	66	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	88-89	Si	Posee lo solicitado	33
Precisión de 1% o menos (numéricamente).	Si	1%	79	Si	Precisión menor a 1%	66	Si	Menor a 1%	5-Consulta	Si	1% de precisión	87	Si	1% del peso del paciente	33

Mateo Llano M.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

Con TARA (ajuste a cero).	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	66	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	89	No	No se respondió a la consulta realizada	
Otros requerimientos															
Batería de respaldo en caso de falla eléctrica para todos los movimientos.	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	68-69	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	33
Postes de altura variable para soluciones intravenosas. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo.	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ
limentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz., con enchufe tipo schuko.	Si	Posee lo solicitado	78	Si	Posee lo solicitado	63	Si	Posee lo solicitado	5-Consulta	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	33

ma para cuidados intensivos con colchón activo bariatrico

Descripción	SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)			FALCON COM. & IND. S.R.L.			IMESE S.A.			CASA BOLLER S.A.		
	470,000,000			499,000,000			700,000,000			880,408,305		
Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
Descripción: Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.	Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.			Cama eléctrica diseñada para ser utilizada en la atención de pacientes en estado crítico.		
Marca:	ARJOHUNTLEIGH			LOS PINOS			HILLROM			PARAMOUNT BEDS		
Modelo:	ENTERPRISE 9000X			GEMINI 1060			VERSACARE			QUALITAS GAMMA DS		
Origen:	POLONIA			COLOMBIA			USA			INDONESIA		
Dirección Web del fabricante:	www.arjohuntleigh.com			www.lospinos-sa.com			www.hill-rom.com			www.paramountbed.com.mx		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	Si	CE		81-86	Si	CE, FDA	92, 97-99	Si	FDA	67-68	No	No se respondió a la consulta realizada

Mateo Llano M.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 42419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

Normas de calidad generales: ISO 13485.	Si	ISO 13485	87	Si	ISO 13485	93-94	Si	ISO 13485	73	No	No se respondió a la consulta realizada	
Características generales y dimensiones												
Estructura metálica con tratamiento en pintura epóxi-poliester horneada anticorrosiva y antiestática. El acabado epóxico no deberá presentar escamaciones ante impactos. O mejor.	Si	Posee lo solicitado	65	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	96	Si	Posee lo solicitado	33
Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo.	Si	250 Kg	63	Si	230 Kg	84	Si	240 x 99.1 cm	99	Si	240Kg	33
Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores.	Si	235 x 103 cm	63	Si	230 x 105 cm	83	Si	240 x 99.1 cm	99	Si	241 x 106 cm	33
Longitud máxima 247 cm.												
Ancho máximo 108 cm.												
Dimensiones de la superficie del paciente.	Si	202 x 88 cm	63	Si	195 x 90 cm	83	Si	218 x 90.2 cm	99	SI	200 x 91 cm	33
Longitud mínima 195 cm.												
Ancho mínimo 85 cm.												
Longitud variable eléctricamente.	Si	Posee lo solicitado	64	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	84	NO	Solo manual	33
Con cubierta radio transparente al menos en la región dorsal y/o soporte para chasis de RX.	Si	Posee lo solicitado	71	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	100	Si	Posee lo solicitado	33
Barandales laterales abatibles en un solo movimiento, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	Si	Posee lo solicitado	65	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	80-81	Si	Posee lo solicitado	33
Cabecera y piecera desmontable.	Si	Posee lo solicitado	68	Si	Posee lo solicitado	83	si	Posee lo solicitado	84-85	Si	Posee lo solicitado	33
Con ruedas anticstáticas o conductivas (al menos 2) de 12 cm de diámetro como mínimo.	Si	12.5	69	Si	12.7 cm	83	Si	13cm	93	Si	15 cm	33
Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte. Con tres posiciones: freno, movimiento en línea recta con giro y libre para movimiento en cualquier dirección. Con control para pie.	Si	Posee lo solicitado	67	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	80-81	Si	Posee lo solicitado	33
Capacidad de colocar el poste porta soluciones en las cuatro esquinas.	Si	Posee lo solicitado	69	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	92	Si	Posee lo solicitado	33

Mateo Llano M.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.	Si	Posee lo solicitado	69	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	33
Posiciones												
Que permita dar las siguientes posiciones de forma eléctrica:												
ltura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón).												
Altura mínima 53 cm o menos.	SI	32 cm Min 76 cm Max	63	Si	47 cm Min 77 cm Max	83	Si	46 x 94 cm	94	Si	39,5 x 72,5 cm	33
Altura máxima 71 cm o más.												
Sección de espalda o fowler con autocontorno.	Si	0° a 62°	63	Si	0° a 65°	83	Si	0° a 65°	94	Si	0° a 70°	33
Rango de 0° a 60° como mínimo.												
Trendelenburg.	Si	0° a 12°	63	Si	0° a 17°	83	Si	0° a 15°	94	Si	0° a 12°	33
Rango de 0° a 10° como mínimo.												
Trendelenburg inverso.	Si	0° a 12°	63	Si	0° a 17°	83	Si	0° a 10°	94	Si	0 a 12°	33
Rango de 0° a 10° como mínimo.												
Sección de rodilla.	Si	0° a 16°	63	Si	0° a 35°	83	Si	0° a 16°	94	Si	0° a 25°	33
Rango de 0 a 15° como mínimo.												
Sistema de RCP mecánico y/o eléctrico.	Si	Posee lo solicitado	65 y 67	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	75 y 78	Si	Posee lo solicitado	33
Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos.	Si	Posee lo solicitado	65	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	77	Si	Posee lo solicitado	33
Indicador de ángulo del respaldo y trendelemburg.	Si	Posee lo solicitado	66	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	81	Si	Posee lo solicitado	33
Controles eléctricos interconstruidos en barandales laterales, ubicados a bos lados de la cama. Deben estar ubicado en el interior (para pacientes) y en el exterior (para enfermería).	Si	Posee lo solicitado	64-66	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	76 y86	No	Solo de un lado, el otro es un control de pera	33
Controles eléctricos para pies.	NO	No Posee lo solicitado	64	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	82	No	No se respondió a la consulta realizada	
Colchón Pasivo												
Colchón pasivo de la misma marca de la cama.	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
De acuerdo a la forma y tamaño de la cama.	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	98 y 99	Si	Posee lo solicitado	33
Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo.	Si	250 Kg	73	Si	250 Kg	85	Si	227Kg	99	Si	240Kg	33
Adecuada para realizar procedimientos de RCP	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	75	Si	Posee lo solicitado	33

Mateo Llano Nogado
Mat. C.S.J. N° 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

Antihongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
Resistente a ingreso de líquidos.	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
Con redistribución de presión.	Si	Posee lo solicitado	73	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	98	Si	Posee lo solicitado	33
Espesor mínimo de 15 cm.		15 cm	73	Si	16 cm	85	Si	20.3 cm	99	No	Solo 10cm	33
Un colchón por cada cama.	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	EVER FIT	33
ción inferior con sistema de extensión y retracción o similar, siguiendo la variación de longitud de la cama	Si	Posee lo solicitado	72	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	99	No	Tamaño fijo	33
Colchón Activo bariatrico												
Colchón activo de la misma marca de la cama.	Si	Posee lo solicitado	75	Si	Posee lo solicitado	86	Si	Posee lo solicitado	100	Si	Posee lo solicitado	33
De acuerdo a la forma y tamaño de la cama.	Si	Posee lo solicitado	75	Si	294.8 Kg	86	Si	Posee lo solicitado	100	Si	Posee lo solicitado	33
Que soporte un peso de 200 Kg como mínimo.	Si	200 Kg	77	Si	Posee lo solicitado	86	Si	227 Kg (500lb)	104	Si	240Kg	33
Adecuada para realizar procedimientos de RCP	Si	Posee lo solicitado	76	Si	Posee lo solicitado	86	Si	Posee lo solicitado	102	Si	Posee lo solicitado	33
Antihongo. antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.	Si	Posee lo solicitado	75	Si	Posee lo solicitado	86	Si	Posee lo solicitado	102	Si	Posee lo solicitado	33
Resistente a ingreso de líquidos.	Si	Posee lo solicitado	75	Si	Posee lo solicitado	86	Si	Posee lo solicitado	103	Si	Posee lo solicitado	33
Con redistribución de presión activa.	Si	Posee lo solicitado	75-76	Si	Posee lo solicitado	86	Si	Posee lo solicitado	103	No	No se respondió a la consulta realizada	
Con sistema de control de presión de aire.	Si	Posee lo solicitado	77-80	Si	Posee lo solicitado	86	Si	Posee lo solicitado	103	No	No se respondió a la consulta realizada	
Cantidad: 1 (uno) por cada cama.	Si	Posee lo solicitado	DDjj	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ
Alarmas												
Estado de batería baja.	Si	Posee lo solicitado	69	Si	Posee lo solicitado	83	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	33
Alarma audible de salida de paciente de la cama.	Si	Posee lo solicitado	68	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	89-90	Si	Posee lo solicitado	33
Báscula integrada de la misma marca que la cama												

Mateo Llano M.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

Báscula electrónica con capacidad de pesaje de 225 Kg como mínimo.	Si	Posee lo solicitado	66	Si	400 Kg	85	Si	250 Kg	88-89	No	200Kg máximo	33
Despliegue del peso digital en kilogramos.	Si	Posee lo solicitado	66	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	88-89	Si	Posee lo solicitado	33
Precisión de 1% o menos (numéricamente).	Si	Precision menor a 1%	66	Si	1%	85	Si	1% de precisión	87	Si	1% del peso del paciente	33
Con TARA (ajuste a cero).	Si	Posee lo solicitado	66	Si	Posee lo solicitado	85	Si	Posee lo solicitado	89	No	No se respondió a la consulta realizada	
Otros requerimientos												
Batería de respaldo en caso de falla eléctrica para todos los movimientos.	Si	Posee lo solicitado	68-69	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	79	Si	Posee lo solicitado	33
Postes de altura variable para soluciones intravenosas. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo.	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	DDJJ
Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz., con enchufe tipo schuko.	Si	Posee lo solicitado	63	Si	Posee lo solicitado	84	Si	Posee lo solicitado	DDJJ	Si	Posee lo solicitado	33

cito al oferente FALCON COM & IND S.R.L. la traducción de la FDA en idioma castellano por medio de un traductor publico matriculado y ha presentado en y forma, dónde se aprecia el modelo 1060 que es la cama ofertada en esta licitación.

tamos al oferente SEMPRO S.A si posee los controles eléctricos para pies del ítem 2 del punto 3.6, cama para cuidados intensivos con colchón activo bariatrico ando en tiempo y forma y no posee los controles eléctricos para pies como solicita la especificaciones técnicas, cabe aclarar que al referirnos a controles cos para pies nos referimos a pedales que sirvan para que el enfermero/a y médicos puedan realizar movimientos con los pies cuando tengan ambas manos as realizando procedimientos, por tanto la oferta presentada por la Firma NO CUMPLE con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y iones.

ando los puntos 2.5 y 3.6 de los Ítems 1 y 2 hacemos el desglose de la evaluación por empresas

ON COM & IND S.R.L.

1: CAMAS PARA CUIDADOS INTENSIVOS

	Longitud variable eléctricamente.

2.5 cumple con lo solicitado según se puede apreciar en el manual de características técnicas LOS PINOS cama eléctrica 1060, folio 078.Donde dice:

ENSION LONGITUDINAL ELECTRICA DE 15 cm"

Mateo Llano M.
Tado
N° 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

3.6	Controles eléctricos para pies.

El ítem 3.6 cumple con lo solicitado según se puede apreciar en el manual de características técnicas LOS PINOS cama eléctrica 1060, folio 078. Donde dice:
"CONTROLES ELECTRICOS PARA PIES: CAMBIO DE ALTURA Y DESCENSO-ASCENSO DE ESPALDAR"
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A.

ITEM 2: CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON COLCHON ACTIVO BARIATRICO

2.5	Longitud variable eléctricamente.

El ítem 2.5 cumple con lo solicitado según se puede apreciar en el manual ARJOHUNTLEIGH ficha técnica Enterprise 9000x pagina 2 y 3.
"SISTEMA DE DOBLE REGRESION BIO CONTOUR"
La longitud de la cama varia automáticamente cuando se utiliza el sistema Bio Contour, este sistema hace que la cama varié automáticamente de acuerdo al contorno y posición del paciente. Este sistema es evidentemente eléctrico como solicita el punto.

3.6	Controles eléctricos para pies.

El ítem 3.6 no cumple con lo solicitado según se aprecia en el manual ARJOHUNTLEIGH ficha técnica Enterprise 9000x página 2 y 4.
No posee control eléctrico para activación de movimiento/s a través de los pies. Posee una función automática eléctrica de angulación de los pies del paciente que se realiza mediante una centralita de enfermería por medio de las manos.

3. RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA: la recomendación realizada en el informe quedaría de Reevaluación quedaría de la siguiente manera:

Art. 1°: Se sugiere **DESCALIFICAR** a la oferta presentada por la firma **SEMPRO S.A.** en el Ítem N° 2, **por lo expuesto en el informe técnico, por tanto la oferta presentada por la Firma NO CUMPLE con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Art. 2°: En base a lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley N° 2051/03" y sus Decretos Reglamentarios DNCP N° 956/16 y 1173/16, vigentes desde el mes de abril del año 2016, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad la sugerencia de **ADJUDICAR** a las Firma **FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.** el **Ítem N° 1** y el **Ítem N° 2** por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a los siguientes cuadros:

EMPRESAS	Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario – IVA Incluido	Precio Total – IVA Incluido
FALCON COM.& IND. S.R.L	2	42191807-1	Cama para cuidados intensivos con colchón activo bariátrico	LOS PINOS	COLOMBIA	5	UNIDAD	UNIDAD	99.800.000	499.000.000
MONTO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: Guaraníes Cuatrocientos noventa y nueve millones----------										499.000.000

POR TANTO, CORRESPONDE LA RECTIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 031-022/17, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017;
MONTO TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA FALCON COM & IND S.R.L. EN LOS ITEMS N° 1 Y N° 2 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN SBE N° 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 60/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA U.T.I.A., U.C.O. Y U.T.I.M. DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" - AD REFERENDUM 2016"

SON Gs: 1.988.999.980.- (GUARANIES: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA).-IVA INCLUIDO.

Es nuestro Informe.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Silva Spagnolo
Servicio Electromedicina

.....

Ing. Diego Esteban Silva Spagnolo
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

.....

Abg. Mateo Llano Martínez
Dirección Jurídica

Mateo Llano Martínez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 42.419

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

.....

Lic. Gloria Cuevas Acuña
Dirección Operativa de Contrataciones