MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

1. Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el **09 de SETIEMBRE de 2015**, siendo las **10:00 horas**, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las ofertas y elaborar el informe de evaluación del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2015 "Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio" - Id N° 287.870**, convocado por el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)**, a través de la **Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3.**

2. Antecedentes

a) **Identificación del llamado en el PAC:** este llamado se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2015, con el **ID N° 287.870.**

b) **Disponibilidad Presupuestaria:** los fondos para la presente contratación se encuentran previstos en el **Objeto del Gasto 350, FF 10**, del Presupuesto General de la Nación, cuyo monto total a aplicar en el Ejercicio 2015 es de **Gs. 226.645.000 (Doscientos Veintiséis Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil)**, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), conforme a Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2341/2015, de fecha 16/06/2015.

c) **Publicación:** este llamado se ha publicado en el SICP en fecha 29/07/2015, y conforme al Artículo 32 "Regulación" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se ha cursado invitación a los siguientes potenciales oferentes: **IRIS PATRICIA POSADA, CHACO INTERNACIONAL S.A., P. M. y A. S.A., CHARPENTIER S.R.L., SUMIJIRO TAKOAKA TAKOAKA.**

d) **Adendas Emitidas:** cuenta con 3 (Tres) adendas publicada en el SICP.

e) **Sistema de Adjudicación:** por **ITEMS.**

f) **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designados por Resolución S.G. N° 566, el **Bq. ROBERTO NUÑEZ** y la **Lic. KARINA PEREZ**, en representación de la Dirección General de Salud Ambienta - DIGESA, el **Sr. PEDRO BOGADO**, en representación de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones - SUOC S3, y la **Abg. LAURA BORDON** y el **Abg. SERGIO BARUA CAÑELLAS**, en representación de la Asesoría Jurídica del MSP y BS.

3. Acto de Apertura

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y Concordantes, en fecha **21 de AGOSTO de 2015**, a las 10:00 horas, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres del presente llamado, contando con la presentación de 5 (cinco) ofertas, correspondiente a la firma: **CHARPENTIER S.R.L., DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., GBO MEDICAL, VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.**

4. Precios Ofertados

Conforme el acta de apertura de ofertas elaborada y suscrita en la ocasión, se pasa a transcribir el monto total de la única oferta presentada:

N°	Nombre de la Empresa	Monto de la Oferta en Guaraníes IVA Incluido	Garantía de Mantenimiento de Ofertas		Ejemplares de Ofertas	
			Vigencia	Monto Gs.	Original	Copias
1	CHARPENTIER SRL	540.218.090	21/08/2015 al 08/01/2016	35.000.000	1(Un) con folio desde la Pag. 01 al 87	2 (dos)
2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	17.805.100	21/08/2015 al 21/01/2016	1.500.000	1(Un) con folio desde la Pag. 01 al 68	2 (dos)
3	CHACO INTERNACIONAL SA	77.609.000	21/08/2015 al 29/12/2015	4.250.000	1(Un) con folio desde la Pag. 01 al 23	2 (dos)

Pedro A. Bogado, Jefe Departamento de Contratos y Garantías SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Karina Perez DIGESA

Bq. Roberto Núñez Vega Jefe del Departamento de Análisis Especializados DIGESA - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas Abogado Jefe de Unidad Operativa Monitoreo DGAJ - MSP y BS

Abg. Laura Bordon Asesora Jurídica Dirección General de Asesoría Jurídica MSP y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

N°	Nombre de la Empresa	Monto de la Oferta en Guaraníes IVA	Garantía de Mantenimiento de Ofertas		Ejemplares de Ofertas	
4	GBO MEDICAL	118.237.615	21/08/2015 al 24/01/2016	10.000.000	1(Un) con folio desde la Pag. 01 al 227	2 (dos)
5	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA	162.040.000	21/08/2015 Al 18/01/2016	10.000.000	1(Un) con folio desde la Pag. 01 al 85	1 (una)

5. Análisis de las Ofertas

A fin de determinar el cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley N° 2051/03, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y en las bases de la contratación, con el sistema de "CUMPLE - NO CUMPLE", se procede a analizar los documentos presentados por las firmas.

5.1. Análisis de los documentos sustanciales

En virtud de lo establecido en el **Inciso "1" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03**, con relación a las normas aplicables, el Comité Evaluador pasa a analizar las documentaciones sustanciales solicitadas.

Requerimientos conforme a lo establecido en el PBC	CHARPENTIER S.R.L	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHACO INTERNA - CIONAL S.A.	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA
1) Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems de lo ofertado indicado en la planilla de precios.	Cumple Folio Nº 02 al 05	Cumple Folio Nº 1 al 3	Cumple Folio Nº 2 al 5	Cumple Folio Nº 6 al 16	Cumple Folio Nº 01 al 06
2) Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	Cumple Folio Nº 07 al 09	Cumple Folio Nº 4 al 7	Cumple Folio Nº 17 al 23	Cumple Folio Nº 17 al 23	Cumple Folio Nº 07 al 12
3) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple SIPE Folio Nº 10	Cumple Folio Nº 18	Cumple Folio Nº 8	Cumple Folio Nº 88	Cumple Folio Nº 23
4) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple SIPE Folio Nº 10	Cumple Folio Nº 17	Cumple Folio Nº 9	Cumple Folio Nº 89	Cumple Folio Nº 15

Pedro R. Sosa Jefe Departamento de Contrataciones y Garantías SUOC S3 - MSP y BS
Lic. Karina Perez DIGESA
BQ. Roberto Núñez Vega Jefe del Departamento de Análisis Especializados DIGESA - MSP y BS
Abog. Laura Borgognoni Directora General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

5.2. Prohibiciones de los Incs "a" y "b" del Artículo 40

En el marco de la **Resolución DNCP N° 849/2015**, de fecha **27 de marzo de 2015**, por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "a" y "b" del Artículo 40, de la Ley N° 2051/03, se procede a verificar el cumplimiento de los oferentes que presentaron ofertas para la licitación.

Para el efecto, por **Nota COMITE DE EVALUACION**, de fecha **26 de agosto de 2015**, se ha solicitado informe en relación a si los oferentes o sus representantes, participantes de la licitación, aparecen registrados en la base de datos del SINARH. Según verificación realizada por Cynthia N. Closa B., Coordinadora de la Unidad Técnica de Apoyo SUOC S3, los representantes de los oferentes no se encuentran registrados en el SINARH.

El detalle del análisis se expone a continuación:

Requerimientos	CHARPENTIER S.R.L	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHACO INTERNA - CIONAL S.A.	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA
Presentación en forma satisfactoria del Formulario N° 6 de Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple SIPE Folio Nº 10	Cumple Folio Nº 18	Cumple Folio Nº 8	Cumple Folio Nº 88	Cumple Folio Nº 23
Inciso a): "*Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses*". Se verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus Representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Inciso b): "*quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados*". Se verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados, en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Sergio Barua Cattellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

ABOG. Laura Lopez
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica - M.S.P. y B.S.

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

5.3. Comparación de Precios Ofertados

En concordancia con lo estipulado en el **Numeral "2" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03,** se procede a la verificación aritmética de las ofertas participante. El detalle del mismo se encuentra en el **Anexo 1. A) Cuadro de Comparativo de Ofertas.**

5.3.1. Verificación aritmética: En concordancia con lo estipulado en el **Numeral "2" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03,** se procede a la verificación aritmética de las ofertas, destacando que se ha detectado error aritmético en los Ítems Nº 47, 53, 54 en el Precio Total de la Oferta de la Firma CHARPENTIER S.R.L., por lo que se procedió a solicitar a la firma su conformidad a través de la **Nota Sub UOC S3 Nº** 1457/2015, por Nota de fecha 01 de setiembre del corriente la empresa remite su conformidad con la corrección. En las demás ofertas no se ha detectado error alguno, los cuales se expone en el siguiente Cuadro:

Nº	Empresas	Monto s/ Planilla de oferta	Correcciones (+/-)	Monto s/ CCO
1	CHARPENTIER SRL	540.218.090	-19	540.218.071
2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	17.805.100	0	17.805.100
3	CHACO INTERNACIONAL SA	77.609.000	0	77.609.000
4	GBO MEDICAL	118.237.615	0	118.237.615
5	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA	162.040.000	0	162.040.000

5.3.2. Margen de Preferencia: no se aplica el Margen de Preferencia: 20% (Veinte por ciento) de conformidad a la Ley 4558/11.

5.4. Verificación de la presentación de Documentación Requerida (carácter formal)

Se procede a la evaluación de las documentaciones de carácter formal de las siguientes empresas

5.4.1. Documentos Legales

Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.	CHARPENTIER S.R.L	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHACO INTERNA - CIONAL S.A.	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple SIPE Folio Nº 87	No Aplica
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple SIPE Folio Nº 87	No Aplica
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple Folio Nº 90 al 96	No Aplica
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple SIPE Folio Nº 87	No Aplica
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple Folio Nº 80 al 97	No Aplica
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple Folio Nº 46 al 84	No Aplica

Pedro R. Bogado Jefe Departamento de Contratos y Garantías SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Karina Perez DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega Jefe del Departamento de Análisis Especializados DIGESA - MSP y BS

Sergio Barrios Abogado Jefe de Unidad Asesoría Jurídica UOC S3 - MSP y BS

Lic. Laura Bordón Jefe Departamento Licitaciones MSP y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	CHARPENTIER S.R.L	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHACO INTERNA - CIONAL S.A.	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA
a) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple SIPE Folio N° 10	Cumple SIPE Folio Nº 16	Cumple SIPE Folio Nº 10	No Aplica	Cumple SIPE Folio Nº 14
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple Folio Nº 11 al 13	Cumple Folio Nº 60	Cumple SIPE Folio Nº 10	No Aplica	Cumple Folio Nº 81
c) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple SIPE Folio Nº 10	Cumple Folio Nº 8 al 15	Cumple SIPE Folio Nº 10	No Aplica	Cumple Folio Nº 17 al 22
d) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple Folio Nº 14	Cumple Folio Nº 60	Cumple SIPE Folio Nº 10	No Aplica	Cumple Folio Nº 62 al 72
e) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple	Cumple Folio 41 y 48	Cumple	No Aplica	Cumple

5.4.2. Documentos Adicionales:

Requerimientos	CHARPENTIER S.R.L	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHACO INTERNA - CIONAL S.A.	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA
1) Certificado de Habilitación vigente expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	Cumple Folio Nº 16	Cumple Folio Nº 58	Cumple	Cumple Folio Nº 98	Cumple Folio Nº 27
2) Certificado de comercialización vigente, expedida por el MSPyBS	Cumple Folio Nº 16	Cumple Folio Nº 58	Cumple	Cumple Folio Nº 98	Cumple Folio Nº 30
3) Declaración jurada garantizando la provisión de los Insumos en tiempo y en forma y según Plan de Entregas, la misma no podrá verse interrumpida durante la vigencia del contrato.	Cumple Folio Nº 06	Cumple Folio Nº 19	Cumple	Cumple Folio Nº 85	Cumple Folio 84

Según lo establecido en el Artículo 57 "Aclaración de ofertas" y 59 "Disconformidades, errores y omisiones" del Decreto N° 21909/03, en fecha 31 de agosto del 2.015, se ha solicitado a la firma documentaciones formales;

CHARPENTIER S.R.L.

- Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para los Ítems cotizados.-
- Declaración Jurada de Compromiso de prestación de asesoramiento técnico profesional para utilización óptima de los insumos ofertados.
- Copia del Balance General y Estado de Resultado correspondiente al Periodo Fiscal 2012-2013-2014

Abog. Laura Pordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Pedro E. Bogado A., Jefe
Departamento de Contrato y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Carlos Rodríguez Rodríguez
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Dictamen D.G.A.J. - MSP

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

- Certificados de cumplimiento de contratos emitidos por entidades del estado u entidades privadas sobre la provisión de los bienes solicitados, mínimo dos ejemplares correspondientes a contratos ejecutados entre los años 2012, 2013 y 2014.
- Aclarar la Presentación de los Ítems N° 20 y 21 Frascos de Plásticos, ¿es por unidad o por Paquete? ¿si es por paquete de cuánto?

La empresa CHARPENTIER S.R.L. ha cumplido en tiempo y forma al requerimiento.-

VICENTE ESCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

- Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para los Ítems cotizados.-
- Certificados de cumplimiento de contratos emitidos por entidades del estado u entidades privadas sobre la provisión de los bienes solicitados, mínimo dos ejemplares correspondientes a contratos ejecutados entre los años 2012, 2013 y 2014.

La empresa VICENTE ESCAVONE & CIA C.E.I.S.A. ha cumplido en tiempo y forma al requerimiento.-

CHACO INTERNACIONAL S.A.

- Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para los Ítems cotizados.-
- Certificado de Habilitación vigente expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Certificado de comercialización vigente, expedida por el MSPyBS
- Declaración jurada garantizando la provisión de los Insumos en tiempo y en forma y según Plan de Entregas, la misma no podrá verse interrumpida durante la vigencia del contrato.
- Declaración Jurada de Compromiso de prestación de asesoramiento técnico profesional para utilización óptima de los insumos ofertados.
- Copia del Balance General y Estado de Resultado correspondiente al Periodo Fiscal 2012-2013-2014
- Certificados de cumplimiento de contratos emitidos por entidades del estado u entidades privadas sobre la provisión de los bienes solicitados, mínimo dos ejemplares correspondientes a contratos ejecutados entre los años 2012, 2013 y 2014.
- Folletos/Catálogos de los Ítems 16 Film para Laboratorio, 17 Filtro para Cromatógrafo, 25 Jeringa para CG c/ Aguja Larga, 26 Jeringa para CG c/ Aguja Corta, 34 Micropipeta, 35 Micropipeta, 36 Micropipeta, 47 Tapa para Vial, 52 Viales y 53 Viales

La empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. ha cumplido en tiempo y forma al requerimiento.-

GBO MEDICAL de Iris P. Posada

- Certificados de cumplimiento de contratos emitidos por entidades del estado u entidades privadas sobre la provisión de los bienes solicitados, mínimo dos ejemplares correspondientes a contratos ejecutados entre los años 2012, 2013 y 2014.
- Folletos/Catálogos de los Ítems 5 Bolsa de Polietileno Chico, 8 Cartucho de Filtración, 9 Cartucho de Filtración, 11 Desecador de Vidrio, 18 Membranas Filtrantes y 49 Tapas para Vial.

La empresa GBO MEDICAL de Iris P. Posada ha cumplido en tiempo y forma al requerimiento.-

Abog. Laura Doldán
Asesora Jurídica de Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Marina Pérez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Sergio Barrio Ortellado
Abogado
Jefe Unidad Análisis y Monitoreo DGAJ - M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

6. Calificación Posterior

Se procede a la evaluación de las siguientes documentaciones, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento conforme a los siguientes criterios:

a) CAPACIDAD FINANCIERA: Evaluación realizada por la Lic. Karina Pérez, miembro de este Comité de Evaluación en representación de la DIGESA, a fin de determinar si las Empresas que presentaron oferta cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Requisitos del PBC
RATIO DE LIQUIDEZ: activo corriente/pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.
ENDEUDAMIENTO: pasivo total/activo total: No deberá ser mayor a 0.80 en promedio, en los 3 últimos años.
RENTABILIDAD: Porcentaje de Utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo.

VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	185.729.306.808	203.454.507.564	237.463.272.109	11,74	3,91	Cumple
Pasivo Corriente	47.365.990.937	50.727.300.738	62.359.748.816			
Ratio de Liquidez	3,92	4,01	3,81			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	66.897.116.475	71.478.392.089	81.917.775.816	0,86	0,29	Cumple
Activo Total	262.455.531.353	284.170.622.737	232.541.943.645			
Ratio de Endeudamiento	0,25	0,25	0,35			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	6.481.094.670	18.409.644.543	32.888.873.869	0,34	0,11	Cumple
Capital	171.717.651.579	171.717.651.579	171.717.651.579			
Ratio de Rentabilidad	0,04	0,11	0,19			

BQ. Roberto Nuñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Karina Perez
DIGESA

ADbg. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Pedro R. Bogado A. Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	17.448.395.501	18.282.554.388	21.612.140.228	12,78	**4,26**	Cumple
Pasivo Corriente	4.904.492.636	3.329.493.615	5.791.315.305			
Ratio de Liquidez	3,56	5,49	3,73			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	4.904.492.636	3.329.493.615	5.791.315.305	0,56	**0,19**	Cumple
Activo Total	22.203.495.849	24.268.448.617	28.752.825.014			
Ratio de Endeudamiento	0,22	0,14	0,20			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	3.312.751.285	5.254.542.123	4.727.697.038	1,05	**0,35**	Cumple
Capital	11.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,30	0,44	0,32			

GBO MEDICAL de Iris P. Posada

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	924.365.432	702.474.612	1.515.782.417	5,01	**1,67**	Cumple
Pasivo Corriente	706.024.038	348.571.281	899.446.324			
Ratio de Liquidez	1,31	2,02	1,69			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	706.024.038	348.571.281	899.446.324	1,44	**0,48**	Cumple
Activo Total	924.684.071	1.303.073.708	2.218.703.409			
Ratio de Endeudamiento	0,76	0,27	0,41			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	235.124.016	132.652.841	262.208.403	5,45	**1,82**	Cumple
Capital	90.000.000	90.000.000	192.546.256			
Ratio de Rentabilidad	2,61	1,47	1,36			

Pedro R. Bogado Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Sergio Bernal Sánchez
Abogado
Jefe de Unidad Jurídica y Monitoreo DIGESA - MSP y B.S.

Abogado Laura Bordón
Jefe de Unidad
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

CHARPENTIER S.R.L.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	3.737.963.518	4.881.705.153	6.360.182.144	27,90	**9,30**	Cumple
Pasivo Corriente	230.276.996	929.248.219	990.875.847			
Ratio de Liquidez	16,23	5,25	6,42			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	230.276.996	929.248.219	990.875.847	0,38	**0,13**	Cumple
Activo Total	4.156.680.683	5.221.414.552	6.741.298.714			
Ratio de Endeudamiento	0,06	0,18	0,15			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	1.444.837.606	510.920.213	1.517.422.050	10,48	**3,49**	Cumple
Capital	155.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000			
Ratio de Rentabilidad	9,32	0,29	0,87			

CHACO INTERNACIONAL S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	31.276.916.777	39.352.205.932	39.601.904.038	14,10	**4,70**	Cumple
Pasivo Corriente	3.271.114.786	15.078.655.380	20.549.402.998			
Ratio de Liquidez	9,56	2,61	1,93			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	3.271.114.786	15.078.655.380	20.549.402.998	0,80	**0,27**	Cumple
Activo Total	36.051.737.899	47.927.352.624	51.673.769.165			
Ratio de Endeudamiento	0,09	0,31	0,40			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	3.590.460.867	5.994.509.006	3.687.054.234	0,67	**0,22**	Cumple
Capital	13.100.000.000	24.300.000.000	24.300.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,27	0,25	0,15			

Pedro R. Bogado B. Jefe
Departamento de Contratos y Licitaciones
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Karina Perez
DIGESA

Abog. Laura Ramírez
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

Q. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis
Especializados
DIGESA - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

b) **EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA:**

Requisitos del PBC	CHARPENTIER S.R.L	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHACO INTERNA - CIONAL S.A.	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.SA
Experiencia mínima de 2 (DOS) años (periodo 2013-2014) en la provisión de los bienes objeto del presente llamado, el cual se constatara con la presentación de copias de Contratos ejecutados de provisión, facturación de venta o recepciones finales de provisión de Materiales e Insumos para laboratorios. Los mismos no deberán tener una antigüedad menor al año 2011	Cumple Folio Nº 72 al 87	Cumple Folio Nº 61 al 64	Cumple Folio Nº 11 al 16	Cumple Folio Nº 116 al 134	Cumple Folio Nº 57 al 61
Certificados de cumplimiento de contratos emitidos por entidades del estado u entidades privadas sobre la provisión de los bienes solicitados, (facturas, remisiones o recepciones finales), como mínimo dos ejemplares correspondientes a contratos ejecutados entre los años 2013 -2014.	Cumple	Cumple Folio Nº 65 al 68	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Compromiso de prestación de asesoramiento técnico profesional para utilización óptima de los insumos ofertados.	Cumple	Cumple Folio Nº 20	Cumple	Cumple Folio Nº 86	Cumple Folio Nº 85

c) **ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INFORME TECNICO**: se tiene a la vista el Informe Técnico de las ofertas presentadas, realizado por el B.Q. Roberto Núñez Vega, miembro de este Comité de Evaluación en representación de la DIGESA, el cual se transcribe a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	OFERENTES	RECOMENDACIÓN
1	Barras magnéticas	GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
2	Barras magnéticas	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
3	Barras magnéticas	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
4	Barras magnéticas	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
5	Bolsas	GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
6	Bureta	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
7	Cámara de Sedgewich-Rafter	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

B.Q. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Mariana Perez
DIGESA

ADM. LIC. Alejandro
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica - MSP y B.S

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y B.S

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

8	Cartucho de Filtración	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN CARTUCHO DE FILTRACIOIN DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN CARTUCHO DE FILTRACION DE PTFE HIDROFOBICO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, CARTUCHO DE FILTRACION HIDROFILICO, PARA FILTRACION DE SOLVENTES ORGANICOS Y ACUOSOS. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA GBO MEDICAL QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	
		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	
		CHACO INTERNACIONAL S.A.	
		CHARPENTIER S.R.L.	
9	Cartucho de Filtración	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN CARTUCHO DE FILTRACIOIN DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN CARTUCHO DE FILTRACION QUE NO ES APLICABLE PARA CROMATOGRAFIA IONICA DE ANIONES Y CATIONES Y NO POSEE CERTIFICADO PARA TAL USO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, CARTUCHO DE FILTRACION PARA HPLC POR CROMATOGRAFIA IONICA, PARA CATIONES Y ANIONES, CON CERTIFICADO. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	
		CHARPENTIER S.R.L.	
		CHACO INTERNACIONAL S.A.	
10	Cilindro de Destilación	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
11	Desecador	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	
12	Disco de Secchi	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
13	Erlenmeyer	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
14	Erlenmeyer	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LAS FIRMAS DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. Y GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO POR AMBOS OFERENTES TIENE UNA PRESENTACION DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTARON ERLENMEYERS CON PRESENTACION DE UNA UNIDAD, SIENDO LA PRESENTACION REQUERIDA SEGUN EL PBC, CAJA DE 12 UNIDADES. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	
		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	
15	Escurridor de Secado	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN ESCURRIDOR DE SECADO DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN ESCURRIDOR DE SECADO DE MATERIAL POLIESTIRENO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, ESCURRIDOR DE SECADO DE MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO (PVC). SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
		CHARPENTIER S.R.L.	

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

ABOG. [illegible]
Asesora Jurídica
Dirección General de [illegible]

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
DUOC S3 - MSP y BS

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

16	Film para laboratorio	CHACO INTERNACIONAL S.A. DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
17	Filtro para Cromatógrafo	CHACO INTERNACIONAL S.A. CHARPENTIER S.R.L.	E RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
18	Filtros de membrana	GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
19	Frasco gotero	GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
20	Frascos plásticos	GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN FRASCO DE MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTO FRASCOS DE MATERIAL POLIETILENO (PE), SIENDO SEGUN EL PBC, MATERIAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). IGUALMENTE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.A. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (4916%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
21	Frascos plásticos	GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN FRASCO DE MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTO FRASCOS DE MATERIAL POLIETILENO (PE), SIENDO SEGUN EL PBC, MATERIAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). IGUALMENTE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.A. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (5141%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
22	Frascos plásticos	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (100%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
23	Frascos plásticos	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (150%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
24	Guantes de procedimiento	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
25	Jeringa para GC	CHACO INTERNACIONAL S.A. DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. CHARPENTIER S.R.L. GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
26	Jeringa para HPLC	CHACO INTERNACIONAL S.A. CHARPENTIER S.R.L. GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
27	Kitazato	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.B.O.J.
BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Analisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

Abog. Laura Ledesma
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica

Pedro R. Bogado A., Jef
Departamento de Contratos y Garan
SUOC S3 - MSP y B

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
28	Lamina cubre objeto	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
29	Lámpara	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
30	Lámpara	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA. LA LAMPARA ES NECESARIA PARA REALIZAR TODOS LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES POR ABSORCION ATOMICA, UTILIZADO PARA EL MONITOREO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.
31	Macerador de vidrio	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
32	Matraz	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
33	Matraz	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
34	Micropipeta automática regulable	CHACO INTERNACIONAL S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
35	Micropipeta automática regulable	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. CHACO INTERNACIONAL S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada CHARPENTIER S.R.L. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UNA MICROPIPETA DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UNA MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS CON INCREMENTO DE 5 MICROLITROS SIENDO LA MICROPIPETA REQUERIDA SEGUN EL PBC, MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS CON INCREMENTO DE 1 MICROLITRO. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
36	Micropipeta automática regulable	CHACO INTERNACIONAL S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
37	Muestreador	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
38	Perlas de vidrio	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA. LAS PERLAS DE VIDRIO SON NECESARIAS PARA EL ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA LAGO YPACARAI, SON UTILIZADAS PARA EL MONITOREO DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO Y EL CONTENIDO DE NITROGENO TOTAL.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

BQ. Roberto Nuñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

Abog. Lauro Lopez
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Contractual - M.S.P. y B.S

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

39	Placa de Petri	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
40	Pluviómetro	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
41	Punteras	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA. LAS PUNTERAS SON REQUERIDAS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN EN TODAS LAS DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS, POR ENDE AL NO CONTAR CON ESTE INSUMOSE NO SE PODRAN REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA, HPLC Y ABSORCION ATOMICA.
42	Punteras	GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
43	Punteras	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA.. LAS PUNTERAS SON REQUERIDAS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN EN TODAS LAS DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS, POR ENDE AL NO CONTAR CON ESTE INSUMOSE NO SE PODRAN REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA, HPLC Y ABSORCION ATOMICA.
44	Regulador de gases	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA. EL REGULADOR ES NECESARIO PARA REMPLAZAR UN REGULADOR OBSOLETO DE ACETILENO Y PODER UTILIZAR EL GAS CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO Y REALIZAR LOS ANALISIS DE METALES PESADOS POR ABSORCION ATOMICA.
45	Regulador de gases	SIN OFERTA	SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO YA QUE NO CUENTA CON OFERTAS SUCEPTIBLE DE COMPARACION
46	Soporte universal	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
47	Tapa rosca para viales	CHACO INTERNACIONAL S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UNA TAPA PARA VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UNA TAPA DE SELLADO TIPO CRIMP DE 20MM CON PERFORACION CENTRAL DE 5MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, TAPA PARA VIAL DE TAPA ROSCA DE 18MM CON PERFORACION CENTRAL DE 8MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
48	Tapabocas	GBO MEDICAL de Iris P. Posada VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Analisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Marina Pérez
DIGESA

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica - M.S.P. y B.S

Pedro A. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUCC S3 - MSP y BS

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

49	Tapas para Vial	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA.
50	Tubos de centrifuga	SIN OFERTA	SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO YA NO CUENTA CON OFERTAS SUCEPTIBLE DE COMPARACION
51	Válvula para Cromatógrafo - Fase Solida	CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
52	Viales de vidrio	CHACO INTERNACIONAL S.A. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
53	Viales transparentes	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. CHARPENTIER S.R.L. CHACO INTERNACIONAL S.A.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN VIAL DE DIAMETRO DE 23MM Y ALTURA DE 75MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, VIAL DE DIAMETRO DE 22,5MM Y ALTURA DE 75,5MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
54	Viales transparentes	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. CHARPENTIER S.R.L.	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN VIAL DE DIAMETRO DE 23MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, VIAL DE DIAMETRO DE 22,5MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

7. Motivos de Calificación

Atendiendo a lo dispuesto en el **Artículo 28° de la Ley N° 2051/03** "*De Contrataciones Públicas*", y de conformidad al **Artículo 63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03**, "*la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato; 3) presente el precio valuado como el más bajo*", tales condiciones son reunidas por las firmas CHARPENTIER S.R.L., GBO MEDICAL, CHACO INTERNACIONAL S.A., DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

8. Cuadro de Precios Adjudicados

El detalle del mismo se encuentra en el **Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados** que forma parte íntegra el presente informe.

Se verifica que la oferta se enmarca dentro de las previsiones presupuestarias del llamado.

Nº	Monto previsto según CDP	Propuesta a Adjudicar	Remanente
1	226.645.000	176.870.130	49.774.870

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Dra. Mariana Perez
DIGESA

Abog. [illegible]
Asesora Jurídica
Dirección General de [illegible] M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

9. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, adoptando el sistema de adjudicación por **ITEMS**, los integrantes del Comité de Evaluación coinciden en recomendar cuanto sigue:

a) **ADJUDICAR** el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2015 "Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio" – Id N° 287.870**, conforme al siguiente detalle:

GBO MEDICAL de Iris P. Posada									
N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presenta - ción	Unidad de Medida	Cant.	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
1	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 10mm longitud y 3mm de diámetro .Catalogo de referencia ColeParmer EW-08546-00	Unidad	Unidad	10	DELTALAB	54.050	540.500
5	24111503-006	Bolsas	Bolsa Estéril para toma de muestras con capacidad de 500ml, material LDPE, 4,5 pulgadas de ancho por 9 pulgadas de longitud, con área blanca para etiquetado. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-06499-80. Paquete de 500 unidades	Paquete x 500 Uds. como mínimo	Unidad	2	MICROLAR	774.280	1.548.560
8	41115717-004	Cartucho de Filtración	Filtros para HPL, para filtración de muestras, cartuchos con adaptador Luer para jeringas, diámetro de 13mm como mínimo y 30mm como máximo. El tamaño de poro debe ser 0,45 micras como máximo y 0,20 micras como mínimo, membrana de PTFE modificado hidrofilito, para filtración de solventes orgánicos y acuosos, no estéril. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-81053-42. Caja por 100 unidades como mínimo.	Caja x 100 Uds. como mínimo	Unidad	5	GAMAFIL	2.117.500	10.587.500
11	41123003-001	Desecador	Desecador de vidrio boro silicato de 30 cm de diámetro, debe incluir tapa con robinete de respiración, y plataforma de porcelana de 23 cm de diámetro aproximadamente	Unidad	Unidad	1	DAGON	1.235.210	1.235.210
18	40161507-004	Filtros de membrana	Reticulado de 47 mm de diámetro y 0,45 micras de porosidad, estériles material nitrato de celulosa de color	Cajas x 100 Uds., como mínimo	Unidad	50	GAMAFIL	403.335	20.166.750

Abog. Laura Caballero
Asesor Jurídica M.S.P. y B.S

Pedro Jefe
Departamento de Contrates y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Diana

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados

Carlos Ibanez Ortiz
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis
M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

			blanco para mejor visualización de colonias. Caja por 100 Uds.						
19	41121810-019	Frasco gotero	Capacidad minina 30 ml Material LDPE. Tapa roscable y tapa superior de polipropileno. Catálogo de referencia Burkle 0306-0030.Presentar catálogo con especificaciones de la oferta para evaluación.	Unidad	Unidad	50	DELTALAB	12.700	635.000
24	42132203-001	Guantes de procedimiento	Guantes de Procedimiento, no estéril, tamaño 7 ½ (pequeño) caja de 100 Unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	30	NIPRO	32.500	975.000
38	41121807-9999	Perlas de vidrio	Perlas de Vidrio de 6mm de diámetro para ebullición uniforme. Frasco de 500g.	Frasco x 500 gr como mínimo	Unidad	2	MARIENFELD	478.960	957.920
42	41121607-001	Punteras	Punteras de plásticos descartables para pipetas automáticas, capacidad de 100 a 1000 microlitros, no estériles. Paquete de 1000 unidades	Paquete x 1000 Uds. Como mínimo	Unidad	10	DELTALAB	61.135	611.350
43	41121607-001	Punteras	Punteras de plásticos descartables para pipetas automáticas, capacidad de 0,5 a 5 mL 1000 no estériles. Paquete de 100 unidades	Paquete x 100 Uds. como mínimo	Unidad	10	DELTALAB	139.360	1.393.600
48	42131606-9999	Tapabocas	Tapabocas descartables para polvo, caja por 100 unidades	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	10	FUMED MERDICAL	40.000	400.000
49	41121807-010	Tapas para Vial	Tapas de Aluminio ranurado (crimp) de 20mm de diámetro y 7mm de altura , para ampollas de 25mL	Unidad	Unidad	1000	DAGON	395	395.000
Monto Total IVA Incluido								39.446.390	

Guaraníes Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa.-

Abog. Laura Fiordón
Asesora Jurídica M.S.P. y B.S.

Pedro R. Bogado
Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Sergio Ramón Cañiza
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.									
N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presenta - ción	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
2	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 5/8 pulgadas de longitud y 5/16 pulgadas de diámetro. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-04770-30	Unidad	Unidad	10	COLE PARMER	45.000	450.000
3	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 3 pulgadas de longitud y 1/2 pulgadas de diámetro. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-04612-40	Unidad	Unidad	2	COLE PARMER	160.000	320.000
4	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 1 pulgada y 5/16 pulgadas de diámetro. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-04775-40	Unidad	Unidad	50	COLE PARMER	55.000	2.750.000
7	41122601-9999	Cámara de Sedgewich-Rafter	Cámara de Sedgewich-Rafter de vidrio, con capacidad de 1ml, dimensiones 20x 50 x 1mm, con laminillas. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-05491-60	Unidad	Unidad	2	WILCO/COLE PARMER	550.000	1.100.000
9	41115717-004	Cartucho de Filtración	Filtros para HPLC por cromatografía ionica, para filtración de muestras acuosas, cartuchos con adaptador Luer para jeringas, diámetro de 13mm como minimo y 0,30mm como maximo. El tamaño de poro debe ser 0,22 micras como maximo y 0,20 micras como minimo, membrana de PTFE hidrofilito, para análisis de aniones y cationes, no estéril, con certificado, Catalogo de referencia Cole Parmer EW-29950-40.Caja por 100 unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. como mínimo	Unidad	10	MILLIPORE/COLE PARNER	2.200.000	22.000.000
12	41111739-9999	Disco de Secchi	Disco de SecchiPlaca de acero inoxidable. Espesor: 1/8, pintura electrostática (negro/blanco).Dimensiones 30cm de diámetro. Debe	Unidad	Unidad	1	LAMOTTE/COLE PARMER	880.000	880.000

Pedro R. Díaz Jara
Departamento de Compras
SUOC S.P. y B.S.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Abogado Laura Bordón
Asesor Jurídico General de Secretaría de Estado del M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

			incluir bolsa de transporte y 5 metros de cable de 4 mm.						
13	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de 125ml con tapa esmerilada de vidrio boro silicato .Catalogo de referencia Cole Parmer EW34554-54. Caja de 12 Unidades. Presentar Catalogo para evaluación.	Unidad	Unidad	1	PYREX/COLE PARMER	3.300.000	3.300.000
14	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de 50ml con tapa esmerilada de vidrio boro silicato .Catalogo de referencia Cole Parmer EW34554-52. Caja de 12 Unidades. Presentar Catalogo para evaluación	Caja x 12 Uds.	Unidad	2	PYREX/COLE PARMER	2.800.000	5.600.000
28	41122602-002	Lamina cubre objeto	Laminilla para cámara de Sedgewich-Rafter, caja de 12 unidades. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-05491-62	Caja x 12 Uds. como mínimo	Unidad	1	WILCO/ COLE PARMER	550.000	550.000
31	41121807-9993	Macerador de vidrio	Macerador de vidrio de boro silicato de precisión con embolo de puntas dentadas (Grinder PTFE Serrated Tip Plunger) Tritura de células a micro trocitos. La cabeza del embolo PTFE puro se enrosca sobre un eje de acero inoxidable de 6,5 mm. Capacidad de 30 Ml y 270 mm L. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-44468-16 más EW-44468-10	Unidad	Unidad	5	COLE PARMER	900.000	4.500.000
40	4114405-001	Pluviómetro	Capacidad de medición: 0 a 2500 mm. Sistema métrico decimal. Material policarbonato. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-3319-10. Presentar Catalogo con especificaciones de la oferta para evaluación.	Unidad	Unidad	1	COLE PARMER	770.000	770.000
41	41121607-001	Punteras	Punteras de plásticos descartables para pipetas automáticas, capacidad de 5 a 100 microlitros, no estériles. Paquete de 1000	Paquete x 1000 Uds. Como mínimo	Unidad	10	COLE PARMER	330.000	3.300.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica - M.S.P. y B.S

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Mariana Perez
DIGESA

BQ. Roberto Nuñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Jefe de Unidad de Apoyo y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

			Uds.						
46	41122804-001	Soporte universal	Soporte Universal de Metal y base de porcelana altura de 60 cm. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-08129-98	Unidad	Unidad	2	COLE PARMER	1.600.000	3.200.000
Monto Total IVA Incluido								48.720.000.-	

Guaraníes Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Veinte Mil.-

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.									
N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presenta - ción	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
6	41121808-002	Bureta	Bureta de 10 ml con resolución de 0,02 ml material de boro silicato Clase A, robinete de teflón, con certificado de calibración.	Unidad	Unidad	3	ISOLAB	130.000	390.000
27	41121805-005	Kitazato	Kitazato de 1000 ml, Catalogo de referencia Cole Parmer EW-34557-03. Caja de 6 Unidades	Caja x 6 Uds. Como mínimo	Unidad	1	ISOLAB	573.000	573.000
32	41121804-001	Matraz	Matraz aforado de 100 ml con boca esmerilada y tapa plástica HDPE, tolerancia de más memos 0,1mL.Caja de 12 Unidades, clase A .Catalogo de referencia Cole Parmer EW-34561-26. Presentar para evaluación.	Unidad	Unidad	3	ISOLAB	936.000	2.808.000
33	41121804-001	Matraz	Matraz aforado de 10 mL con boca esmerilada y tapa plástica HDPE, tolerancia de más menos 0,1mL .Caja de 12 Unidades, clase A. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-34561-23. Presentar catalogo para evaluación.	Unidad	Unidad	1	ISOLAB	390.000	390.000
Monto Total IVA Incluido								4.161.000.-	

Guaraníes Cuatro Millones Ciento Sesenta y Un Mil.-

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica M.S.P. y B.S.

Pedro A. Hogado
Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC SS - MSP y BS

Lic. Nancy Pérez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Sergio Barua Caballero
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

CHARPENTIER S.R.L.									
N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presenta - ción	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
10	41121807-9992	Cilindro de Destilación	Destilador de vidrio de boro silicato, compatible con equipo de destilación Barnstead modelo FI-Streem III. Catálogo de referencia Fischer Scientific 562x2LS.	Unidad	Unidad	1	FISHER	14.179.620	14.179.620
15	41122409-9999	Escurridor de Secado	Soporte escurridor de material PVC de 60cm por 60cmcon canal de desagüe, con varillas de polipropileno intercambiables de 60, 100 y 150 mm que puedan ser insertadas y enclavadas de forma individual en los agujeros del escurridor y cambiar de posición en todo momento. El escurridor, en combinación con las varillas intercambiables de tres longitudes diferentes (60 mm, 100 mm y la prolongación a 150 mm)se puede adaptar a los recipientes a los que se tiene que efectuar el secado. Catálogo de referencia Burkle9640-2060	Unidad	Unidad	2	BURKLE	2.800.000	5.600.000
29	39101602-005	Lámpara	Lámpara de Catado hueco de hierro compatible con espectrofotómetro de absorción atómica marca Shimadzu, modelo AAs 6800	Unidad	Unidad	1	PHOTRON	4.292.470	4.292.470
30	41115808-002	Lámpara	Lámpara de deuterio compatible con espectrofotómetro de absorción atómica marca Shimadzu, modelo AAS 6800.Catalogo de referencia Shimadzu 062-65061-01	Unidad	Unidad	2	PHOTRON	7.234.500	14.469.000
37	41104006-001	Muestreador	Muestreador para volúmenes grandes con adaptador para cartuchos de SPE de 3 a 6mL, para transferir grandes	Unidad	Unidad	1	SIGMA	1.012.830	1.012.830

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dpto. Contrataciones
M.S.P. y B.S

Pedro R. Bagado A.
Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Nuñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Sergio Parra Carrillo
Abogado
Jefe de Unidad
Monitoreo DGAU - MSP y

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

			volúmenes en procesos de extracción e fase sólida. Catálogo de referencia Sigma Aldrich 57175. Paquete de 4 Unidades.						
39	41122101-002	Placa de Petri	Placa de Petri de plástico descartable de 47 mm de diámetro, de material poliestireno. Catálogo de referencia Fiosher Scientific 09-720-502. Caja de 600 unidades	Caja de 600 Uds. Como mínimo	Unidad	1	FISHER	2.363.270	2.363.270
44	41112404-001	Regulador de gases	Regulador para cilindro de gas acetileno con doble manómetro con sistema de dos etapas	Unidad	Unidad	1	CONCOA	3.450.000	3.450.000
47	41121807-010	Tapa rosca para viales	Tapa rosca de 18mm con perforación central de 8mm con septum de PTFE/Silicona de 1,3mm de espesor. Catálogo de referencia Sima Aldrich SU860101. Caja de 100 unidades	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	6	SIGMA	980.677	5.884.062
51	41115712-9996	Válvula para Cromatógrafo - Fase Solida	Válvula de control de flujo para sistema de extracción por SPE para Manifold Visiprep de 12 puertos. Catálogo de referencia Sigma Aldrich 57048. Caja de 6 Unidades.	Caja x 6 Uds. Como mínimo	Unidad	1	SIGMA	3.761.940	3.761.940
53	41121806-003	Viales transparentes	Vial de Vidrio de 20mL con boca rosca, diámetro de 22,5mm, de altura 75,5. Para uso con inyector CTC PAL : Catalogo de referencia Sigma Aldrich SU860097. Caja por 100 unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	3	SIGMA	707.373	2.122.119
54	41121806-003	Viales transparentes	Vial de vidrio de 10mL con boca rosca, diámetro de 22,5mm, altura de 46,0mm. Para uso con inyector CTC PAL. Catálogo de referencia Sigma Aldrich SU860099 Caja por 100 unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	3	SIGMA	659.143	1.977.429
Monto Total IVA Incluido								59.112.740.-	

Guaraníes Cincuenta y Nueve Millones Ciento Doce Mil Setecientos Cuarenta.-

Abog. Laura Bogarín Asesora Jurídica Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Pedro R. Bogado A., Jefe Departamento de Contratos y Garantías HOC S3 - MSP y BS

Lic. Karina Perez DIGESA

BQ. Roberto Báez Vega Jefe del Departamento de Análisis Especializados DIGESA - MSP y BS

Sergio Berta Cañete Abogado Jefe de Asesoría Jurídica DIGESA - M.S.P. y B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

CHACO INTERNACIONAL S.A.									
N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presenta - ción	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
16	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio de 4 pulgadas de ancho y 38 metros (125 pies) de longitud. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-06720-40.	UNIDAD	Unidad	4	BENIS	140.000	560.000
17	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo	Filtro en línea para gas Helio para remoción de hidrocarburos, humedad, oxigeno, monóxido de carbono, y dióxido de carbono. Material de acero inoxidable. Capacidad de retención de hidrocarburos 30g como metano, humead 46g, oxigeno 1200mg, máximo flujo 5L/min, presión máxima 500psi temperatura máxima 100°C. Conexiones de entrada y salida de ¼ pulgadas. Catálogo de referencia sigma Aldrich 27601-U.	Unidad	Unidad	1	AGILENT/ ASM	4.430.000	4.430.000
25	41122001-002	Jeringa para GC	Jeringa para GC de vidrio de 5 microlitros de capacidad, aguja de 26s ga fija de punta biselada. Catálogo de referencia Sigma Aldrich 26200-U	Unidad	Unidad	2	AGILENT/ ASM	640.000	1.280.000
26	41122001-001	Jeringa para HPLC	Jeringa para HPLC de vidrio de 100 microlitros de capacidad aguja de 22s ga fija de punta roma. Catálogo de referencia Sigma Aldrich 58383	Unidad	Unidad	2	AGILENT/ ASM	640.000	1.280.000
34	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Micropipeta automática regulable de 0,5 a 5,0 mL, con incremento de 0,01 mL, exactitud de 0,5% autoclavable, con expulsión automática de punteras. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-25013-22	Unidad	Unidad	2	EPPNDORF	3.200.000	6.400.000
35	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Micropipeta automática regulable de 100 a 1000 microlitros, con incremento	Unidad	Unidad	2	EPPNDORF	3.200.000	6.400.000

Abog. Laura Borja
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Lic. Ramona Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados

Sergio
Jefe de Monitoreo

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

			de 1 microlitro, exactitud de 0,6%, autoclavable, con expulsión automática de punteras. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-25013-20						
36	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Micropipeta automática regulable de 10 a 100 microlitros, con incremento de 0,2 microlitro, exactitud de 0,6% autoclavable, con expulsión automática de punteras. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-25013-14	Unidad	Unidad	1	EPPNDORF	3.200.000	3.200.000
52	41121806-003	Viales de vidrio	Viales de Vidrio de 12mL color ámbar con tapa rosca. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-08922-34. Caja de 200 unidades	Caja x 200 Uds. Como mínimo	Unidad	1	AGILENT/ ASM	1.880.000	1.880.000
Monto Total IVA Incluido								25.430.000	

Guaraníes Veinticinco Millones Cuatrocientos Treinta Mil.-

b) **DECLARAR DECIERTO** los Ítems Nº 20 Frascos plásticos, N° 21 Frascos plásticos, Nº 22 Frascos plásticos, N° 23 Frascos plásticos, Nº 45 Regulador de gases y el Ítems Nº 50 Tubos de centrifuga, conforme lo establece el Artículo 30 Inc. a) y c)de la Ley Nº 2051/03.

c) **ELEVAR** lo actuado a consideración de la máxima autoridad.

Es nuestro informe.

Abg. LAURA BORDON
Representante de la Asesoría Jurídica del MSPBS

Abg. SERGIO BARUA CAÑELLAS
Representante de la Asesoría Jurídica del MSPBS

Bq. ROBERTO NUÑEZ
Representante de la DIGESA

Lic. KARINA PEREZ
Representante de la DIGESA

Sr. PEDRO BOGADO
Representante de la SUB UOC S3

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Programa y/o Proyecto: Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
SUOC: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
Descripción del Llamado: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2015 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO - ID N° 287.870

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Presentacion	Unidad de Medida	PRECIO REFERENCIAL	Nº	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
1	41122401-001	Barras magnéticas	Unidad	Unidad	75.000	1	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	10	54.050	540.500	-28
					75.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	10	66.000	660.000	-12
					75.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	10	173.628	1.736.280	132
2	41122401-001	Barras magnéticas	Unidad	Unidad	75.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	10	45.000	450.000	-40
					75.000	2	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	10	51.610	516.100	-31
					75.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	10	173.628	1.736.280	132
3	41122401-001	Barras magnéticas	Unidad	Unidad	250.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	2	160.000	320.000	-36
					250.000	2	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	2	352.605	705.210	41
					250.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	2	578.760	1.157.520	132
4	41122401-001	Barras magnéticas	Unidad	Unidad	75.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	50	55.000	2.750.000	-27
					75.000	2	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	50	58.935	2.946.750	-21
					75.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	50	100.318	5.015.900	34
5	24111503-006	Bolsas	Paquete x 500 Unidades como mínimo	Unidad	1.250.000	1	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	MICROCLAR	ARGENTINA	2	774.280	1.548.560	-38
					1.250.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Whirl-Pak/Cole	USA	2	990.000	1.980.000	-21
					1.250.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	2	1.929.200	3.858.400	54
6	41121808-002	Bureta	Unidad	Unidad	1.950.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	3	130.000	390.000	-93
					1.950.000	2	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	IVA	ARGENTINA	3	1.253.100	3.759.300	-36
					1.950.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	3	2.234.657	6.703.971	15
					1.950.000	4	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Pyrex/Cole Parmer	USA	3	2.600.000	7.800.000	33
7	41122601-9999	Cámara de Sedgewich-Rafter	Unidad	Unidad	750.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Wildco/Cole Parmer	USA	2	550.000	1.100.000	-27
					750.000	2	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	2	1.157.520	2.315.040	54
8	41115717-004	Cartucho de Filtración	Caja x 100 Unidades como mínimo	Unidad	3.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	USA	5	1.075.000	5.375.000	-64
					3.000.000	2	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	GAMAFIL	ARGENTINA	5	2.117.500	10.587.500	-29
					3.000.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Millipore/Cole Parmer	USA	5	2.600.000	13.000.000	-13
					3.000.000	4	CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	5	2.695.000	13.475.000	-10
					3.000.000	5	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	5	3.048.136	15.240.680	2
9	41115717-004	Cartucho de Filtración	Caja x 100 Unidades como mínimo	Unidad	2.800.000	1	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	GAMAFIL	ARGENTINA	10	2.117.500	21.175.000	-24
					2.800.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Millipore/Cole Parmer	USA	10	2.200.000	22.000.000	-21
					2.800.000	3	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	10	2.488.668	24.886.680	-11
					2.800.000	4	CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	10	2.695.000	26.950.000	-4
10	41121807-9992	Cilindro de Destilación	Unidad	Unidad	13.000.000	1	CHARPENTIER S.R.L.	Fisher	USA	1	14.179.620	14.179.620	9
11	41123003-001	Desecador	Unidad	Unidad	2.000.000	1	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DAGON	ARGENTINA	1	1.235.210	1.235.210	-38
					2.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	1	1.400.000	1.400.000	-30
12	41111739-9999	Disco de Secchi	Unidad	Unidad	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	LaMotte/Cole Parmer	USA	1	880.000	880.000	-12
13	41121805-004	Erlenmeyer	Unidad	Unidad	3.900.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Pyrex/Cole Parmer	USA	1	3.300.000	3.300.000	-15

BQ. Robert... Jefe del Departamento de Analisis Especializados DIGESA - MSP y BS

Lic. ... Perez DIGESA

Pedro ... A., Jefe Departamento de Compras y Garantías MSP y BS

Abog. Laura Borjón Asesora Jurídica Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Programa y/o Proyecto: Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
SUOC: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
Descripción del Llamado: Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2015 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO - ID N° 287.870

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Presentacion	Unidad de Medida	PRECIO REFERENCIAL	Nº	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
14	41121805-004	Erlenmeyer	Unidad	Unidad	3.300.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	2	34.800	69.600	-99
					3.300.000	2	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	IVA	ARGENTINA	2	149.135	298.270	-95
					3.300.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Pyrex/Cole Parmer	USA	2	2.800.000	5.600.000	-15
15	41122409-9999	Escurridor de Secado	Unidad	Unidad	2.900.000	1	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	2	2.141.250	4.282.500	-26
					2.900.000	2	CHARPENTIER S.R.L.	Burkle	Alemán	2	2.800.000	5.600.000	-3
16	41122410-001	Film para laboratorio	Unidad	Unidad	350.000	1	CHACO INTERNACIONAL	BENIS	E.E.U.U.	4	140.000	560.000	-60
					350.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	4	173.000	692.000	-51
					350.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Parafilm/Cole Parmer	USA	4	300.000	1.200.000	-14
					350.000	4	GBO MEDICAL de Iris P. Posada	PARAFILM M	USA	4	423.500	1.694.000	21
					350.000	5	CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	4	578.760	2.315.040	65
17	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo	Unidad	Unidad	5.000.000		CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	1	4.430.000	4.430.000	-11
					5.000.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	1	4.581.850	4.581.850	-8
18	40161507-004	Filtros de membrana	Cajas x 100 Uds, como mínimo	Unidad	500.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	GAMAFIL	ARGENTINA	50	403.335	20.166.750	-19
					500.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Millipore/Cole Parmer	USA	34	1.200.000	40.800.000	140
19	41121810-019	Frasco gotero	Unidad	Unidad	10.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	50	12.700	635.000	27
					10.000		CHARPENTIER S.R.L.	Burkle	Alemán	50	60.000	3.000.000	500
20	41121810-022	Frascos plásticos	Unidad	Unidad	40.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	100	17.275	1.727.500	-57
					40.000		CHARPENTIER S.R.L.	Burkle	Alemán	100	2.006.368	200.636.800	4.916
21	41121810-022	Frascos plásticos	Unidad	Unidad	30.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	100	13.880	1.388.000	-54
					30.000		CHARPENTIER S.R.L.	Burkle	Alemán	100	1.572.298	157.229.800	5.141
	41121810-022	Frascos plásticos	Unidad	Unidad	40.000		CHARPENTIER S.R.L.	Burkle	Alemán	100	80.000	8.000.000	100
23	41121810-022	Frascos plásticos	Unidad	Unidad	6.000		CHARPENTIER S.R.L.	Burkle	Alemán	200	15.000	3.000.000	150
24	42132203-001	Guantes de procedimiento	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	25.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	NIPRO	MALASIA	30	32.500	975.000	30
25	41122001-002	Jeringa para GC	Unidad	Unidad	550.000		CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	2	640.000	1.280.000	16
					550.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	USA	2	709.500	1.419.000	29
					550.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	2	964.600	1.929.200	75
					550.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	HAMILTOM	USA	2	1.613.335	3.226.670	193
26	41122001-001	Jeringa para HPLC	Unidad	Unidad	500.000		CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	2	640.000	1.280.000	28
					500.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	2	964.600	1.929.200	93
					500.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	HAMILTOM	USA	2	1.109.170	2.218.340	122
27	41121805-005	Kitazato	Caja x 6 Uds. Como mínimo	Unidad	4.700.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	1	573.000	573.000	-88
					4.700.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Pyrex/Cole Parmer	USA	1	3.300.000	3.300.000	-30
					4.700.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	IVA	ARGENTINA	1	3.322.360	3.322.360	-29

Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Liliana Perez
DIGESA

Pedro [illegible], Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura [illegible]
Asesora Jurídica
Dirección General de
M.S.P. y B.S

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Programa y/o Proyecto: Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
SUOC: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
Descripción del Llamado: Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2015 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO - ID N° 287.870

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Presentacion	Unidad de Medida	PRECIO REFERENCIAL	Nº	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
28	41122602-002	Lamina cubre objeto	Caja x 12 Uds. como mínimo	Unidad	500.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Wildco/Cole Parmer	USA	1	550.000	550.000	10
					500.000		CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	1	1.157.520	1.157.520	132
29	39101602-005	Lámpara	Unidad	Unidad	4.000.000		CHARPENTIER S.R.L.	Photron	Canadá	1	4.292.470	4.292.470	7
30	41115808-002	Lámpara	Unidad	Unidad	2.500.000		CHARPENTIER S.R.L.	Photron	Canadá	2	7.234.500	14.469.000	189
31	41121807-9993	Macerador de vidrio	Unidad	Unidad	1.400.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	5	900.000	4.500.000	-36
					1.400.000		CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	5	1.350.000	6.750.000	-4
	41121804-001	Matraz	Unidad	Unidad	4.500.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	3	936.000	2.808.000	-79
					4.500.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	IVA	ARGENTINA	3	1.401.785	4.205.355	-69
					4.500.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Pyrex/Cole Parmer	USA	3	3.300.000	9.900.000	-27
33	41121804-001	Matraz	Unidad	Unidad	3.700.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	1	390.000	390.000	-89
					3.700.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	IVA	ARGENTINA	1	828.245	828.245	-78
					3.700.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Pyrex/Cole Parmer	USA	1	3.300.000	3.300.000	-11
34	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Unidad	Unidad	4.300.000		CHACO INTERNACIONAL	EPPENDORF	ALEMANIA	2	3.200.000	6.400.000	-26
					4.300.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	EPPENDORF	ALEMANIA	2	3.403.125	6.806.250	-21
					4.300.000		CHARPENTIER S.R.L.	Fisher	USA	2	3.520.790	7.041.580	-18
					4.300.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	ThermoScientific	USA	2	4.500.000	9.000.000	5
35	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Unidad	Unidad	4.300.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	2	470.000	940.000	-89
					4.300.000		CHACO INTERNACIONAL	EPPENDORF	ALEMANIA	2	3.200.000	6.400.000	-26
					4.300.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	EPPENDORF	ALEMANIA	2	3.403.125	6.806.250	-21
					4.300.000		CHARPENTIER S.R.L.	Fisher	USA	2	3.520.790	7.041.580	-18
					4.300.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	ThermoScientific	USA	2	4.500.000	9.000.000	5
36	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Unidad	Unidad	4.300.000		CHACO INTERNACIONAL	EPPENDORF	ALEMANIA	1	3.200.000	3.200.000	-26
					4.300.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	EPPENDORF	ALEMANIA	1	3.403.125	3.403.125	-21
					4.300.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	ThermoScientific	USA	1	3.500.000	3.500.000	-19
					4.300.000		CHARPENTIER S.R.L.	Fisher	USA	1	4.340.700	4.340.700	1
37	41104006-001	Muestreador	Unidad	Unidad	2.800.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	1	1.012.830	1.012.830	-64
38	41121807-9999	Perlas de vidrio	Frasco x 500 gr	Unidad	100.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	MARIENFELD	ALEMANIA	2	478.960	957.920	379
39	41122101-002	Placa de Petri	Caja de 600 Uds. Como	Unidad	2.200.000		CHARPENTIER S.R.L.	Fisher	USA	1	2.363.270	2.363.270	7
40	4114405-001	Pluviómetro	Unidad	Unidad	700.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	1	770.000	770.000	10
					700.000		CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	1	2.073.890	2.073.890	196
41	41121607-001	Punteras	Paquete x 1000 Uds. Como mínimo	Unidad	50.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	10	330.000	3.300.000	560
					50.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	10	948.200	9.482.000	1.796
42	41121607-001	Punteras	Paquete x 1000 Uds. Como mínimo	Unidad	50.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	10	61.135	611.350	22
					50.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	10	550.000	5.500.000	1.000

BQ. Roberto Ortiz Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DGSA - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

Pedro Delgado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
MSP y BS

Abog. Laura Gómez
Asesora Jurídica
Dirección General de
M.S.P. y B.S.

Sergio A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Programa y/o Proyecto: Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
SUOC: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
Descripción del Llamado: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2015 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO - ID Nº 287.870

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Presentacion	Unidad de Medida	PRECIO REFERENCIAL	Nº	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
43	41121607-001	Punteras	Paquete x 100 Uds como mínimo	Unidad	50.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DELTALAB	ESPAÑA	10	139.360	1.393.600	179
44	41112404-001	Regulador de gases	Unidad	Unidad	1.000.000		CHARPENTIER S.R.L.	Concoa	USA	1	3.450.000	3.450.000	245
45	41112404-001	Regulador de gases	Unidad	Unidad	745.000		SIN OFERTA			1		0	-100
46	41122804-001	Soporte universal	Unidad	Unidad	2.000.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	2	1.600.000	3.200.000	-20
					2.000.000		CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	2	2.411.500	4.823.000	21
47	41121807-010	Tapa rosca para viales	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unida	1.100.000		CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	6	940.000	5.640.000	-15
					1.100.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	6	980.677	5.884.062	-11
	42131606-9999	Tapabocas	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	30.000		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	FUMED MEDICAL	CHINA	10	40.000	400.000	33
					30.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Sperian/Cole Parmer	USA	20	120.000	2.400.000	300
49	41121807-010	Tapas para Vial	Unidad	Unidad	500		GBO MEDICAL de Iris P. Posada	DAGON	ARGENTINA	1000	395	395.000	-21
50	41121702-002	Tubos de centrifuga	Unidad	Unidad	20.000		SIN OFERTA			50		0	-100
51	41115712-9996	Válvula para Cromatógrafo - Fase Solida	Caja x 6 Uds. Como mínimo	Unidad	2.500.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	1	3.761.940	3.761.940	50
52	41121806-003	Viales de vidrio	Caja x 200 Uds. Como mínimo	Unidad	2.000.000		CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	1	1.880.000	1.880.000	-6
					2.000.000		VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	Cole Parmer	USA	1	1.980.000	1.980.000	-1
					2.000.000		CHARPENTIER S.R.L.	Coleparmer	USA	1	2.604.420	2.604.420	30
53	41121806-003	Viales transparentes	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	500.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	USA	3	632.000	1.896.000	26
					500.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	3	707.373	2.122.119	41
					500.000		CHACO INTERNACIONAL	AGILENT/ASM	E.E.U.U.	3	2.038.000	6.114.000	308
54	41121806-003	Viales transparentes	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	450.000		DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	USA	3	617500	1.852.500	37
					450.000		CHARPENTIER S.R.L.	Sigma	USA	3	659.143	1.977.429	46

Dr. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. [illegible]
DIGESA

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura Gordon
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Sergio Baruja Cabellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo U.C.A.J. - M.S.P. y B.S.

Programa: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" - ID : N° 287,870

ANEXO 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido	EMPRESA ADJUDICADA
1	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 10mm longitud y 3mm de diámetro .Catalogo de referencia Cole Parmer EW-08546-00	Unidad	Unidad	10	DELTALAB	54.050	540.500	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
2	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 5/8 pulgadas de longitud y 5/16 pulgadas de diámetro. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-04770-30	Unidad	Unidad	10	COLE PARMER	45.000	450.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
3	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 3 pulgadas de longitud y 1/2 pulgadas de diámetro. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-04612-40	Unidad	Unidad	2	COLE PARMER	160.000	320.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
4	41122401-001	Barras magnéticas	Barras Magnéticas de 1 pulgada y 5/16 pulgadas de diámetro. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-04775-40	Unidad	Unidad	50	COLE PARMER	55.000	2.750.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
5	24111503-006	Bolsas	Bolsa Estéril para toma de muestras con capacidad de 500ml, material LDPE, 4,5 pulgadas de ancho por 9 pulgadas de longitud, con área blanca para etiquetado. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-06499-80. Paquete de 500 unidades	Paquete x 500 Uds como mínimo	Unidad	2	MICROLAR	774.280	1.548.560	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
6	41121808-002	Bureta	Bureta de 10 ml con resolución de 0,02 ml material de boro silicato Clase A, robinete de teflón, con certificado de calibración.	Unidad	Unidad	3	ISOLAB	130.000	390.000	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
7	41122601-9999	Cámara de Sedgewich-Rafter	Cámara de Sedgewich-Rafter de vidrio, con capacidad de 1ml, dimensiones 20x 50 x 1mm, con laminillas. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-05491-60	Unidad	Unidad	2	WILCO/COLE PARMER	550.000	1.100.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
8	41115717-004	Cartucho de Filtración	Filtros para HPL, para filtración de muestras, cartuchos con adaptador Luer para jeringas, diámetro de 13mm como minimo y 30mm como maximo. El tamaño de poro debe ser 0,45 micras como maximo y 0,20 micras como minimo, membrana de PTFE modificado hidrofilito,para filtración de solventes organicos y acuosos, no esteril. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-81053-42. Caja por 100 unidades como mínimo.	Caja x 100 Uds como mínimo	Unidad	5	GAMAFIL	2.117.500	10.587.500	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
9	41115717-004	Cartucho de Filtración	Filtros para HPLC por cromatografía ionica, para filtración de muestras acuosas, cartuchos con adaptador Luer para jeringas, diámetro de 13mm como minimo y 0,30mm como maximo. El tamaño de poro debe ser 0,22 micras como maximo y 0,20 micras como minimo, membrana de PTFE hidrofilito, para análisis de aniones y cationes, no estéril, con certificado, Catalogo de referencia Cole Parmer EW-29950-40.Caja por 100 unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. como mínimo	Unidad	10	MILLIPORE/COLE PARNER	2.200.000	22.000.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

BQ. Roberto [illegible]
Jefe del Departamento en Ambiente Especializado
DIGESA - MSP y BS

Lic. [illegible] Perez
DIGESA

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Sergio Barrio [illegible]
Abogado
Jefe de Unidad [illegible]
Monitoreo DIGAM - MSP y BS

Programa: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015 'ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO' - ID : N° 287,870

ANEXO 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido	EMPRESA ADJUDICADA
10	41121807-9992	Cilindro de Destilación	Destilador de vidrio de boro silicato, compatible con equipo de destilación Barnstead modelo FI-Streem III. Catalogo de referencia Fischer Scientific 562x2LS.	Unidad	Unidad	1	FISHER	14.179.620	14.179.620	CHARPENTIER S.R.L.
11	41123003-001	Desecador	Desecador de vidrio boro silicato de 30 cm de diámetro, debe incluir tapa con robinete de respiración, y plataforma de porcelana de 23 cm de diámetro aproximadamente	Unidad	Unidad	1	DAGON	1.235.210	1.235.210	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
12	41111739-9999	Disco de Secchi	Disco de SecchiPlaca de acero inoxidable.Espesor: 1/8, pintura electrostática (negro/blanco).Dimensiones 30cm de diámetro. Debe incluir bolsa de transporte y 5 metros de cable de 4 mm.	Unidad	Unidad	1	LAMOTTE/COLE PARMER	880.000	880.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
13	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de 125ml con tapa esmerilada de vidrio boro silicato .Catalogo de referencia Cole Parmer EW34554-54. Caja de 12 Unidades. Presentar Catalogo para evaluación.	Unidad	Unidad	1	PYREX/COLE PARMER	3.300.000	3.300.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
14	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de 50ml con tapa esmerilada de vidrio boro silicato .Catalogo de referencia Cole Parmer EW34554-52. Caja de 12 Unidades. Presentar Catalogo para evaluación	Caja x 12 Uds.	Unidad	2	PYREX/COLE PARMER	2.800.000	5.600.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
15	41122409-9999	Escurridor de Secado	Soporte escurridor de material PVC de 60cm por 60cmcon canal de desague, con varillas de polipropileno intercamnbiables de 60, 100 y 150 mm que puedan ser insertadas y enclavadas de forma individual en los agujeros del escurridor y cambiar de posición en todo momento. El escurridor, en combinación con las varillas intercambiables de tres longitudes diferentes (60 mm, 100 mm y la prolongación a 150 mm)se puede adaptar a los recipientes a los que se tiene que efectuar el secado. Catalogo de referencia Burkle9640-2060	Unidad	Unidad	2	BURKLE	2.800.000	5.600.000	CHARPENTIER S.R.L.
16	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio de 4 pulgadas de ancho y 38 metros (125 pies) de longitud. Catálogo de referencia Cole Parmer EW-06720-40.	UNIDAD	Unidad	4	BENIS	140.000	560.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
17	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo	Filtro en línea para gas Helio para remoción de hidrocarburos, humedad, oxigeno, monóxido de carbono, y dióxido de carbono. Material de acero inoxidable. Capacidad de retención de hidrocarburos 30g como metano, humead 46g, oxigeno 1200mg, máximo flujo 5L/min, presión máxima 500psi temperatura máxima 100°C. Conexiones de entrada y salida de ¼ pulgadas. Catalogo de referencia sigma Aldrich 27601-U.	Unidad	Unidad	1	AGILENT/ASM	4.430.000	4.430.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

DIGESA

Pedro R. Delgado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.

Sergio Larrua Carrillas
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.L. - M.S.P. y B.S.

Programa: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" - ID : N° 287,870

ANEXO 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido	EMPRESA ADJUDICADA
18	40161507-004	Filtros de membrana	Reticulado de 47 mm de diámetro y 0,45 micras de porosidad, estériles material nitrato de celulosa de color blanco para mejor visualización de colonias. Caja por 100 Uds.	Cajas x 100 Uds, como mínimo	Unidad	50	GAMAFIL	403.335	20.166.750	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
19	41121810-019	Frasco gotero	Capacidad minina 30 ml Material LDPE. Tapa roscable y tapa superior de polipropileno. Catalogo de referencia Burkle 0306-0030.Presentar catalogo con especificaciones de la oferta para evaluación.	Unidad	Unidad	50	DELTALAB	12.700	635.000	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
24	42132203-001	Guantes de procedimiento	Guantes de Procedimiento, no estéril, tamaño 7 ½ (pequeño) caja de 100 Unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	30	NIPRO	32.500	975.000	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
25	41122001-002	Jeringa para GC	Jeringa para GC de vidrio de 5 microlitros de capacidad, aguja de 26s ga fija de punta biselada. Catalogo de referencia Sigma Aldrich 26200-U	Unidad	Unidad	2	AGILENT/ASM	640.000	1.280.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
26	41122001-001	Jeringa para HPLC	Jeringa para HPLC de vidrio de 100 microlitros de capacidad aguja de 22s ga fija de punta roma. Catalogo de referencia Sigma Aldrich 58383	Unidad	Unidad	2	AGILENT/ASM	640.000	1.280.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
27	41121805-005	Kitazato	Kitazato de 1000 ml, Catalogo de referencia Cole Parmer EW-34557-03. Caja de 6 Unidades	Caja x 6 Uds. Como mínimo	Unidad	1	ISOLAB	573.000	573.000	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
28	41122602-002	Lamina cubre objeto	Laminilla para cámara de Sedgewich-Rafter, caja de 12 unidades. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-05491-62	Caja x 12 Uds. como mínimo	Unidad	1	WILCO/COLE PARMER	550.000	550.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
29	39101602-005	Lámpara	Lámpara de Catado hueco de hierro compatible con espectrofotometro de absorción atómica marca Shimadzu, modelo AAs 6800	Unidad	Unidad	1	PHOTRON	4.292.470	4.292.470	CHARPENTIER S.R.L.
30	41115808-002	Lámpara	Lámpara de deuterio compatible con espectrofotometro de absorción atómica marca Shimadzu, modelo AAS 6800.Catalogo de referencia Shimadzu 062-65061-01	Unidad	Unidad	2	PHOTRON	7.234.500	14.469.000	CHARPENTIER S.R.L.
31	41121807-9993	Macerador de vidrio	Macerador de vidrio de boro silicato de precisión con embolo de puntas dentadas (Grinder PTFE Serrated Tip Plunger) Tritura de células a micro trocitos. La cabeza del embolo PTFE puro se enrosca sobre un eje de acero inoxidable de 6,5 mm. Capacidad de 30 Ml y 270 mm L. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-44468-16 mas EW-44468-10	Unidad	Unidad	5	COLE PARMER	900.000	4.500.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
32	41121804-001	Matraz	Matraz aforado de 100 ml con boca esmerilada y tapa plástica HDPE, tolerancia de más memos 0,1mL.Caja de 12 Unidades, clase A .Catalogo de referencia Cole Parmer EW-34561-26. Presentar para evaluación.	Unidad	Unidad	3	ISOLAB	936.000	2.808.000	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Verónica Perez
DIGESA

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurídica M.S.P.

Sergio Daniel Trinidad
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo U.E.A.J. - M.S.P. y B.S.

Programa: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" - ID : N° 287,870

ANEXO 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido	EMPRESA ADJUDICADA
33	41121804-001	Matraz	Matraz aforado de 10 mL con boca esmerilada y tapa plástica HDPE, tolerancia de mas menos 0,1mL .Caja de 12 Unidades, clase A. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-34561-23.	Unidad	Unidad	1	ISOLAB	390.000	390.000	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
34	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Micropipeta automática regulable de 0,5 a 5,0 mL, con incremento de 0,01 mL, exactitud de 0,5% autoclavable, con expulsión automática de punteras. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-25013-22	Unidad	Unidad	2	EPPNDORF	3.200.000	6.400.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
35	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Micropipeta automática regulable de 100 a 1000 microlitros, con incremento de 1 microlitro, exactitud de 0,6%, autoclavable, con expulsión automática de punteras. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-25013-20	Unidad	Unidad	2	EPPNDORF	3.200.000	6.400.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
36	41121511-014	Micropipeta automática regulable	Micropipeta automática regulable de 10 a 100 microlitros, con incremento de 0,2 microlitro, exactitud de 0,6% autoclavable, con expulsión automática de punteras. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-25013-14	Unidad	Unidad	1	EPPNDORF	3.200.000	3.200.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
37	41104006-001	Muestreador	Muestreador para volúmenes grandes con adaptador para cartuchos de SPE de 3 a 6mL, para transferir grandes volúmenes en procesos de extracción e fase solida. Catalogo de referencia Sigma Aldrich 57175. Paquete de 4 Unidades.	Unidad	Unidad	1	SIGMA	1.012.830	1.012.830	CHARPENTIER S.R.L.
38	41121807-9999	Perlas de vidrio	Perlas de Vidrio de 6mm de diámetro para ebullición uniforme. Frasco de 500g.	Frasco x 500 gr como mínimo	Unidad	2	MARIENFELD	478.960	957.920	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
39	41122101-002	Placa de Petri	Placa de Petri de plástico descartable de 47 mm de diámetro, de material poliestireno. Catalogo de referencia Fiosher Scientific 09-720-502. Caja de 600 unidades	Caja de 600 Uds. Como mínimo	Unidad	1	FISHER	2.363.270	2.363.270	CHARPENTIER S.R.L.
40	4114405-001	Pluviómetro	Capacidad de medición: 0 a 2500 mm. Sistema métrico decimal. Material policarbonato. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-3319-10. Presentar Catalogo con especificaciones de la oferta para evaluación.	Unidad	Unidad	1	COLE PARMER	770.000	770.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
41	41121607-001	Punteras	Punteras de plásticos descartables para pipetas automáticas, capacidad de 5 a 100 microlitros, no estériles. Paquete de 1000 unidades	Paquete x 1000 Uds. Como mínimo	Unidad	10	COLE PARMER	330.000	3.300.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
42	41121607-001	Punteras	Punteras de plásticos descartables para pipetas automáticas, capacidad de 100 a 1000 microlitros, no estériles. Paquete de 1000 unidades	Paquete x 1000 Uds. Como mínimo	Unidad	10	DELTALAB	61.135	611.350	GBO MEDICAL de Iris P. Posada

BQ. Roberto Ortiz Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. [illegible]
DIGESA

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.

Sergio Baez [illegible]
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo SUOC S3 - MSP y BS

Programa: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015 'ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO' - ID : N° 287,870

ANEXO 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cant	Marca	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido	EMPRESA ADJUDICADA
43	41121607-001	Punteras	Punteras de plásticos descartables para pipetas automáticas, capacidad de 0,5 a 5 mL 1000 no estériles. Paquete de 100 unidades	Paquete x 100 Uds como mínimo	Unidad	10	DELTALAB	139.360	1.393.600	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
44	41112404-001	Regulador de gases	Regulador para cilindro de gas acetileno con doble manómetro con sistema de dos etapas	Unidad	Unidad	1	CONCOA	3.450.000	3.450.000	CHARPENTIER S.R.L.
46	41122804-001	Soporte universal	Soporte Universal de Metal y base de porcelana altura de 60 cm. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-08129-98	Unidad	Unidad	2	COLE PARMER	1.600.000	3.200.000	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.
47	41121807-010	Tapa rosca para viales	Tapa rosca de 18mm con perforación central de 8mm con septum de PTFE/Silicona de 1,3mm de espesor. Catalogo de referencia Sima Aldrich SU860101. Caja de 100 unidades	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	6	SIGMA	980.677	5.884.062	CHARPENTIER S.R.L.
48	42131606-9999	Tapabocas	Tapabocas descartables para polvo, caja por 100 unidades	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	10	FUMED MERDICAL	40.000	400.000	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
49	41121807-010	Tapas para Vial	Tapas de Aluminio ranurado (crimp) de 20mm de diámetro y 7mm de altura , para ampollas de 25mL	Unidad	Unidad	1000	DAGON	395	395.000	GBO MEDICAL de Iris P. Posada
51	41115712-9996	Válvula para Cromatógrafo - Fase Solida	Válvula de control de flujo para sistema de extracción por SPE para Manifold Visiprep de 12 puertos. Catalogo de referencia Sigma Aldrich 57048. Caja de 6 Unidades.	Caja x 6 Uds. Como mínimo	Unidad	1	SIGMA	3.761.940	3.761.940	CHARPENTIER S.R.L.
52	41121806-003	Viales de vidrio	Viales de Vidrio de 12mL color ámbar con tapa rosca. Catalogo de referencia Cole Parmer EW-08922-34. Caja de 200 unidades	Caja x 200 Uds. Como mínimo	Unidad	1	AGILENT/ASM	1.880.000	1.880.000	CHACO INTERNACIONAL S.A.
53	41121806-003	Viales transparentes	Vial de Vidrio de 20mL con boca rosca, diámetro de 22,5mm, de altura 75,5. Para uso con inyector CTC PAL :Catalogo de referencia Sigma Aldrich SU860097. Caja por 100 unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	3	SIGMA	707.373	2.122.119	CHARPENTIER S.R.L.
54	41121806-003	Viales transparentes	Vial de vidrio de 10mL con boca rosca, diámetro de 22,5mm, altura de 46,0mm. Para uso con inyector CTC PAL.Catalogo de referencia Sigma Aldrich SU860099 Caja por 100 unidades como mínimo	Caja x 100 Uds. Como mínimo	Unidad	3	SIGMA	659.143	1.977.429	CHARPENTIER S.R.L.
TOTAL GS. IVA INCLUIDO								176.870.130		

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

Lic. Marina Perez
DIGESA

Pedro R. Bogado A., Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurí

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo I.C.A.I. - M.S.P. y B.S.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

CAPACIDAD FINANCIERA

Se precede a realizar el Análisis de los Ratios Financieros, que formara parte del Informe de Evaluación, practicado a los Balances de las empresas oferentes, a fin de determinar si la empresa que presento oferta cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los dispuesto en el Pliego de Bases y condiciones:

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años.
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	185.729.306.808	203.454.507.564	237.463.272.109	11,74	3,91	Cumple
Pasivo Corriente	47.365.990.937	50.727.300.738	62.359.748.816			
Ratio de Liquidez	3,92	4,01	3,81			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	66.897.116.475	71.478.392.089	81.917.775.816	0,86	0,29	Cumple
Activo Total	262.455.531.353	284.170.622.737	232.541.943.645			
Ratio de Endeudamiento	0,25	0,25	0,35			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	6.481.094.670	18.409.644.543	32.888.873.869	0,34	0,11	Cumple
Capital	171.717.651.579	171.717.651.579	171.717.651.579			
Ratio de Rentabilidad	0,04	0,11	0,19			

Lic. Marina Perez
DIGESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	17.448.395.501	18.282.554.388	21.612.140.228	12,78	**4,26**	Cumple
Pasivo Corriente	4.904.492.636	3.329.493.615	5.791.315.305			
Ratio de Liquidez	3,56	5,49	3,73			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	4.904.492.636	3.329.493.615	5.791.315.305	0,56	**0,19**	Cumple
Activo Total	22.203.495.849	24.268.448.617	28.752.825.014			
Ratio de Endeudamiento	0,22	0,14	0,20			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	3.312.751.285	5.254.542.123	4.727.697.038	1,05	**0,35**	Cumple
Capital	11.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,30	0,44	0,32			

GBO MEDICAL de Iris P. Posada

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	924.365.432	702.474.612	1.515.782.417	5,01	**1,67**	Cumple
Pasivo Corriente	706.024.038	348.571.281	899.446.324			
Ratio de Liquidez	1,31	2,02	1,69			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	706.024.038	348.571.281	899.446.324	1,44	**0,48**	Cumple
Activo Total	924.684.071	1.303.073.708	2.218.703.409			
Ratio de Endeudamiento	0,76	0,27	0,41			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	235.124.016	132.652.841	262.208.403	5,45	**1,82**	Cumple
Capital	90.000.000	90.000.000	192.546.256			
Ratio de Rentabilidad	2,61	1,47	1,36			

Lic. Marina Perez
DIGESA

CHARPENTIER S.R.L.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	3.737.963.518	4.881.705.153	6.360.182.144	27,90	**9,30**	Cumple
Pasivo Corriente	230.276.996	929.248.219	990.875.847			
Ratio de Liquidez	16,23	5,25	6,42			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	230.276.996	929.248.219	990.875.847	0,38	**0,13**	Cumple
Activo Total	4.156.680.683	5.221.414.552	6.741.298.714			
Ratio de Endeudamiento	0,06	0,18	0,15			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	1.444.837.606	510.920.213	1.517.422.050	10,48	**3,49**	Cumple
Capital	155.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000			
Ratio de Rentabilidad	9,32	0,29	0,87			

CHACO INTERNACIONAL S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	31.276.916.777	39.352.205.932	39.601.904.038	14,10	**4,70**	Cumple
Pasivo Corriente	3.271.114.786	15.078.655.380	20.549.402.998			
Ratio de Liquidez	9,56	2,61	1,93			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	3.271.114.786	15.078.655.380	20.549.402.998	0,80	**0,27**	Cumple
Activo Total	36.051.737.899	47.927.352.624	51.673.769.165			
Ratio de Endeudamiento	0,09	0,31	0,40			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	3.590.460.867	5.994.509.006	3.687.054.234	0,67	**0,22**	Cumple
Capital	13.100.000.000	24.300.000.000	24.300.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,27	0,25	0,15			

Lic. Marina Perez
DIGESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

CAPACIDAD FINANCIERA

Se precede a realizar el Análisis de los Ratios Financieros, que formara parte del Informe de Evaluación, practicado a los Balances de las empresas oferentes, a fin de determinar si la empresa que presento oferta cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los dispuesto en el Pliego de Bases y condiciones:

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años.
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	185.729.306.808	203.454.507.564	237.463.272.109	11,74	3,91	Cumple
Pasivo Corriente	47.365.990.937	50.727.300.738	62.359.748.816			
Ratio de Liquidez	3,92	4,01	3,81			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	66.897.116.475	71.478.392.089	81.917.775.816	0,86	0,29	Cumple
Activo Total	262.455.531.353	284.170.622.737	232.541.943.645			
Ratio de Endeudamiento	0,25	0,25	0,35			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	6.481.094.670	18.409.644.543	32.888.873.869	0,34	0,11	Cumple
Capital	171.717.651.579	171.717.651.579	171.717.651.579			
Ratio de Rentabilidad	0,04	0,11	0,19			

Lic. Karina Perez
DIGESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" ID N° 287.870.-

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	17.448.395.501	18.282.554.388	21.612.140.228	12,78	**4,26**	Cumple
Pasivo Corriente	4.904.492.636	3.329.493.615	5.791.315.305			
Ratio de Liquidez	3,56	5,49	3,73			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	4.904.492.636	3.329.493.615	5.791.315.305	0,56	**0,19**	Cumple
Activo Total	22.203.495.849	24.268.448.617	28.752.825.014			
Ratio de Endeudamiento	0,22	0,14	0,20			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	3.312.751.285	5.254.542.123	4.727.697.038	1,05	**0,35**	Cumple
Capital	11.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,30	0,44	0,32			

GBO MEDICAL de Iris P. Posada

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	924.365.432	702.474.612	1.515.782.417	5,01	**1,67**	Cumple
Pasivo Corriente	706.024.038	348.571.281	899.446.324			
Ratio de Liquidez	1,31	2,02	1,69			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	706.024.038	348.571.281	899.446.324	1,44	**0,48**	Cumple
Activo Total	924.684.071	1.303.073.708	2.218.703.409			
Ratio de Endeudamiento	0,76	0,27	0,41			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	235.124.016	132.652.841	262.208.403	5,45	**1,82**	Cumple
Capital	90.000.000	90.000.000	192.546.256			
Ratio de Rentabilidad	2,61	1,47	1,36			

Lic. Adrina Perez
DIGESA

CHARPENTIER S.R.L.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	3.737.963.518	4.881.705.153	6.360.182.144	27,90	**9,30**	Cumple
Pasivo Corriente	230.276.996	929.248.219	990.875.847			
Ratio de Liquidez	16,23	5,25	6,42			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	230.276.996	929.248.219	990.875.847	0,38	**0,13**	Cumple
Activo Total	4.156.680.683	5.221.414.552	6.741.298.714			
Ratio de Endeudamiento	0,06	0,18	0,15			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	1.444.837.606	510.920.213	1.517.422.050	10,48	**3,49**	Cumple
Capital	155.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000			
Ratio de Rentabilidad	9,32	0,29	0,87			

CHACO INTERNACIONAL S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Activo Corriente /	31.276.916.777	39.352.205.932	39.601.904.038	14,10	**4,70**	Cumple
Pasivo Corriente	3.271.114.786	15.078.655.380	20.549.402.998			
Ratio de Liquidez	9,56	2,61	1,93			
ENDEUDAMIENTO						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Pasivo Total /	3.271.114.786	15.078.655.380	20.549.402.998	0,80	**0,27**	Cumple
Activo Total	36.051.737.899	47.927.352.624	51.673.769.165			
Ratio de Endeudamiento	0,09	0,31	0,40			
RENTABILIDAD						
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Suma	Promedio	Calificación
Utilidad Neta/	3.590.460.867	5.994.509.006	3.687.054.234	0,67	**0,22**	Cumple
Capital	13.100.000.000	24.300.000.000	24.300.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,27	0,25	0,15			

Lic. Karina Perez
DIGESA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

Programa y/o Proyecto: Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
SUOC: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
Descripción del Llamado: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2015 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO - ID N° 287869

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	RECOMENDACIÓN
1	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
2	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
3	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
4	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
5	24111503-006	Bolsas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
6	41121808-002	Bureta	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
7	41122601-9999	Cámara de Sedgewich-Rafter	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
8	41115717-004	Cartucho de Filtración	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN CARTUCHO DE FILTRACIOIN DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN CARTUCHO DE FILTRACION DE PTFE HIDROFOBICO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, CARTUCHO DE FILTRACION HIDROFILICO, PARA FILTRACION DE SOLVENTES ORGANICOS Y ACUOSOS. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA GBO MEDICAL QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

BQ. Roberto Nuñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
MSP y BS

INFORME TECNICO

9	41115717-004	Cartucho de Filtración	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
10	41121807-9992	Cilindro de Destilación	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
11	41123003-001	Desecador	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
12	41111739-9999	Disco de Secchi	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
13	41121805-004	Erlenmeyer	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
14	41121805-004	Erlenmeyer	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LAS FIRMAS DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. Y GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO POR AMBOS OFERENTES TIENE UNA PRESENTACION DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTARON ERLENMEYERS CON PRESENTACION DE UNA UNIDAD, SIENDO LA PRESENTACION REQUERIDA SEGUN EL PBC, CAJA DE 12 UNIDADES. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
15	41122409-9999	Escurridor de Secado	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN ESCURRIDOR DE SECADO DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN ESCURRIDOR DE SECADO DE MATERIAL POLIESTIRENO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, ESCURRIDOR DE SECADO DE MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO (PVC). SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
16	41122410-001	Film para laboratorio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
17	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo	E RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
MSP y BS

INFORME TECNICO

18	40161507-004	Filtros de membrana	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
19	41121810-019	Frasco gotero	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
20	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN FRASCO DE MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTO FRASCOS DE MATERIAL POLIETILENO (PE), SIENDO SEGUN EL PBC, MATERIAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). IGUALMENTE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.A. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (4916%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
21	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN FRASCO DE MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTO FRASCOS DE MATERIAL POLIETILENO (PE), SIENDO SEGUN EL PBC, MATERIAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). IGUALMENTE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.A. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (5141%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
22	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (100%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
23	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (150%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
24	42132203-001	Guantes de procedimiento	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
25	41122001-002	Jeringa para GC	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
26	41122001-001	Jeringa para HPLC	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
27	41121805-005	Kitazato	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

INFORME TECNICO

28	41122602-002	Lamina cubre objeto	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
29	39101602-005	Lámpara	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
30	41115808-002	Lámpara	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA. LA LAMPARA ES NECESARIA PARA REALIZAR TODOS LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES POR ABSORCION ATOMICA, UTILIZADO PARA EL MONITOREO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.
31	41121807-9993	Macerador de vidrio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
32	41121804-001	Matraz	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
33	41121804-001	Matraz	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
34	41121511-014	Micropipeta automática regulable	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
35	41121511-014	Micropipeta automática regulable	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UNA MICROPIPETA DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UNA MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS CON INCREMENTO DE 5 MICROLITROS SIENDO LA MICROPIPETA REQUERIDA SEGUN EL PBC, MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS CON INCREMENTO DE 1 MICROLITRO. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
36	41121511-014	Micropipeta automática regulable	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto [illegible]
Jefe del Departamento de Analisis Especializados
DNESA - MSP y BS

INFORME TECNICO

37	41104006-001	Muestreador	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
38	41121807-9999	Perlas de vidrio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA. LAS PERLAS DE VIDRIO SON NECESARIAS PARA EL ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA LAGO YPACARAI, SON UTILIZADAS PARA EL MONITOREO DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO Y EL CONTENIDO DE NITROGENO TOTAL.
39	41122101-002	Placa de Petri	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
40	4114405-001	Pluviómetro	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
41	41121607-001	Punteras	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA. LAS PUNTERAS SON REQUERIDAS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN EN TODAS LAS DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS, POR ENDE AL NO CONTAR CON ESTE INSUMOSE NO SE PODRAN REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA, HPLC Y ABSORCION ATOMICA.
42	41121607-001	Punteras	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
43	41121607-001	Punteras	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMAGBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA.. LAS PUNTERAS SON REQUERIDAS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN EN TODAS LAS DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS, POR ENDE AL NO CONTAR CON ESTE INSUMOSE NO SE PODRAN REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA, HPLC Y ABSORCION ATOMICA.
44	41112404-001	Regulador de gases	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA. EL REGULADOR ES NECESARIO PARA REMPLAZAR UN REGULADOR OBSOLETO DE ACETILENO Y PODER UTILIZAR EL GAS CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO Y REALIZAR LOS ANALISIS DE METALES PESADOS POR ABSORCION ATOMICA.
45	41112404-001	Regulador de gases	SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO YA NO CUENTA CON OFERTAS SUCEPTIBLE DE COMPARACION
46	41122804-001	Soporte universal	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

Roberto Núñez Vega
Jefe Departamento de Análisis
Especializados

INFORME TECNICO

47	41121807-010	Tapa rosca para viales	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UNA TAPA PARA VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UNA TAPA DE SELLADO TIPO CRIMP DE 20MM CON PERFORACION CENTRAL DE 5MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, TAPA PARA VIAL DE TAPA ROSCA DE 18MM CON PERFORACION CENTRAL DE 8MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
48	42131606-9999	Tapabocas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
49	41121807-010	Tapas para Vial	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMAGBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA.
50	41121702-002	Tubos de centrifuga	SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO YA NO CUENTA CON OFERTAS SUCEPTIBLE DE COMPARACION
51	41115712-9996	Válvula para Cromatógrafo - Fase Solida	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
52	41121806-003	Viales de vidrio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
53	41121806-003	Viales transparentes	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN VIAL DE DIAMETRO DE 23MM Y ALTURA DE 75MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, VIAL DE DIAMETRO DE 22,5MM Y ALTURA DE 75,5MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
54	41121806-003	Viales transparentes	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN VIAL DE DIAMETRO DE 23MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, VIAL DE DIAMETRO DE 22,5MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Bq. ROBERTO NÚÑEZ
Representante de la DIGESA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

Programa y/o Proyecto: Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
SUOC: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
Descripción del Llamado: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2015 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO - ID N° 287869

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	RECOMENDACIÓN
1	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
2	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
3	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
4	41122401-001	Barras magnéticas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
5	24111503-006	Bolsas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
6	41121808-002	Bureta	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
7	41122601-9999	Cámara de Sedgewich-Rafter	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
8	41115717-004	Cartucho de Filtración	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN CARTUCHO DE FILTRACIOIN DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN CARTUCHO DE FILTRACION DE PTFE HIDROFOBICO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, CARTUCHO DE FILTRACION HIDROFILICO, PARA FILTRACION DE SOLVENTES ORGANICOS Y ACUOSOS. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA GBO MEDICAL QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

INFORME TECNICO

9	41115717-004	Cartucho de Filtración	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
10	41121807-9992	Cilindro de Destilación	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
11	41123003-001	Desecador	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
12	41111739-9999	Disco de Secchi	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
13	41121805-004	Erlenmeyer	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
14	41121805-004	Erlenmeyer	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LAS FIRMAS DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. Y GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO POR AMBOS OFERENTES TIENE UNA PRESENTACION DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTARON ERLENMEYERS CON PRESENTACION DE UNA UNIDAD, SIENDO LA PRESENTACION REQUERIDA SEGUN EL PBC, CAJA DE 12 UNIDADES. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
15	41122409-9999	Escurridor de Secado	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN ESCURRIDOR DE SECADO DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN ESCURRIDOR DE SECADO DE MATERIAL POLIESTIRENO, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, ESCURRIDOR DE SECADO DE MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO (PVC). SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
16	41122410-001	Film para laboratorio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
17	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo	E RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto Ruiz Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

INFORME TECNICO

18	40161507-004	Filtros de membrana	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
19	41121810-019	Frasco gotero	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
20	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN FRASCO DE MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTO FRASCOS DE MATERIAL POLIETILENO (PE), SIENDO SEGUN EL PBC, MATERIAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). IGUALMENTE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.A. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (4916%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
21	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN FRASCO DE MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTO FRASCOS DE MATERIAL POLIETILENO (PE), SIENDO SEGUN EL PBC, MATERIAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). IGUALMENTE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.A. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (5141%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
22	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (100%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
23	41121810-022	Frascos plásticos	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR PRESENTAR UNA OFERTA QUE SUPERA SUSTANCIALMENTE LA PREVISION DEL CONTRATO (150%). EL ITEM SE DECLARA DESIERTO.
24	42132203-001	Guantes de procedimiento	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
25	41122001-002	Jeringa para GC	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
26	41122001-001	Jeringa para HPLC	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
27	41121805-005	Kitazato	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto Muñoz Vera
Jefe del Departamento de Analisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

INFORME TECNICO

28	41122602-002	Lamina cubre objeto	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
29	39101602-005	Lámpara	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
30	41115808-002	Lámpara	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA. LA LAMPARA ES NECESARIA PARA REALIZAR TODOS LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES POR ABSORCION ATOMICA, UTILIZADO PARA EL MONITOREO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.
31	41121807-9993	Macerador de vidrio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
32	41121804-001	Matraz	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
33	41121804-001	Matraz	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
34	41121511-014	Micropipeta automática regulable	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
35	41121511-014	Micropipeta automática regulable	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UNA MICROPIPETA DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UNA MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS CON INCREMENTO DE 5 MICROLITROS SIENDO LA MICROPIPETA REQUERIDA SEGUN EL PBC, MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS CON INCREMENTO DE 1 MICROLITRO. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
36	41121511-014	Micropipeta automática regulable	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto Núñez Vera
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
UCESA - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

37	41104006-001	Muestreador	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
38	41121807-9999	Perlas de vidrio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA. LAS PERLAS DE VIDRIO SON NECESARIAS PARA EL ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA LAGO YPACARAI, SON UTILIZADAS PARA EL MONITOREO DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO Y EL CONTENIDO DE NITROGENO TOTAL.
39	41122101-002	Placa de Petri	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
40	4114405-001	Pluviómetro	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
41	41121607-001	Punteras	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA. LAS PUNTERAS SON REQUERIDAS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN EN TODAS LAS DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS, POR ENDE AL NO CONTAR CON ESTE INSUMOSE NO SE PODRAN REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA, HPLC Y ABSORCION ATOMICA.
42	41121607-001	Punteras	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
43	41121607-001	Punteras	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMAGBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA.. LAS PUNTERAS SON REQUERIDAS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN EN TODAS LAS DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS, POR ENDE AL NO CONTAR CON ESTE INSUMOSE NO SE PODRAN REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA, HPLC Y ABSORCION ATOMICA.
44	41112404-001	Regulador de gases	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA. EL REGULADOR ES NECESARIO PARA REMPLAZAR UN REGULADOR OBSOLETO DE ACETILENO Y PODER UTILIZAR EL GAS CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO Y REALIZAR LOS ANALISIS DE METALES PESADOS POR ABSORCION ATOMICA.
45	41112404-001	Regulador de gases	SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO YA NO CUENTA CON OFERTAS SUCEPTIBLE DE COMPARACION
46	41122804-001	Soporte universal	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA C.E.I.S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

INFORME TECNICO

47	41121807-010	Tapa rosca para viales	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UNA TAPA PARA VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UNA TAPA DE SELLADO TIPO CRIMP DE 20MM CON PERFORACION CENTRAL DE 5MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, TAPA PARA VIAL DE TAPA ROSCA DE 18MM CON PERFORACION CENTRAL DE 8MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
48	42131606-9999	Tapabocas	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA GBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
49	41121807-010	Tapas para Vial	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMAGBO MEDICAL POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,Y POR SER LA UNICA OFERTA.
50	41121702-002	Tubos de centrifuga	SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO YA NO CUENTA CON OFERTAS SUCEPTIBLE DE COMPARACION
51	41115712-9996	Válvula para Cromatógrafo - Fase Solida	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y POR SER LA UNICA OFERTA.
52	41121806-003	Viales de vidrio	SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SER LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA.
53	41121806-003	Viales transparentes	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN VIAL DE DIAMETRO DE 23MM Y ALTURA DE 75MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, VIAL DE DIAMETRO DE 22,5MM Y ALTURA DE 75,5MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
54	41121806-003	Viales transparentes	SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA FIRMA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEBIDO A QUE LO OFERTADO ES UN VIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO EN EL PBC, SE OFERTÓ UN VIAL DE DIAMETRO DE 23MM, SIENDO EL MATERIAL REQUERIDO SEGUN EL PBC, VIAL DE DIAMETRO DE 22,5MM. SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CHARPENTIER S.R.L. QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Bq. ROBERTO NÚÑEZ
Representante de la DIGESA