ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	414357				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Adquisición de Equipos Biomédicos para el Hospital Nacional en el Marco del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Atención de Establecimientos de Salud del MSP y Bs				
ENTIDAD CONVOCANTE	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Hospital Nacional				
FECHA DE APERTURA	16-Junio-2022	**HORA APERTURA**	10:10	**HORA FIN**	11:56
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	Hospital Nacional de Itauguá				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Lic. Mauro Britez				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO					

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80002766-3	ALBATROS SACI	albatros@albatros.com.py
2	80011068-4	LCM SOCIEDAD ANÓNIMA	licitaciones@lcm.com.py
3	80025575-5	IMPORTADORA EUROAMERICANA SA	euroamericana@euroamericana.com.py
4	80030030-0	CATETERES Y AFINES S.A.	trade4@caphar.com.py
5	80004373-1	ARGON S.R.L.	administrador@argonmed.com
6	80051821-7	BIOERIX S.A.	licitaciones@bioerix.com.py
7	80072821-1	ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	licitaciones@altecsa.com.py
8	80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A.	informes@dysa.com.py
9	80002379-0	EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	licitaciones@elizechesac.com

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821 - 1

Fredy Ramón Vera
Importadora Euroamericana S.A.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.

U.O.C. - Hospital Nacional Ita

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Fredy Ramón Vera
Importadora Euroamericana S.A.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A
RUC: 80072821 - 1

Licitaciones
ARGON S.R.L.

Federico Lopez

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.

Dr. Mauro L. Brítez P.
C.U.D.C. - Hospital Nacional Itauguá

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ALBATROS SACI	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.528.400.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 66.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 15/06/2022 a 12/12/2022, 180 días
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.070.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 64.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 16/11/2022, 155 días
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 663.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 22.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 21/11/2022, 160 días
CATETERES Y AFINES S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 790.500.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Regional Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 60.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 11/12/2022, 180 días
ARGON S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 550.999.980 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 25.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 11/12/2022, 180 días
BIOERIX S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 168.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 5.850.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 10/12/2022, 179 días
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 950.900.000

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821 - 1

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Federico Lopez

Fredy Ramón Vera
Importadora Euroamericana

Elizabeth SAC

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
				Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 39.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 15/06/2022 a 22/11/2022, 160 días
DYSA HEALTHCARE S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.883.827.800 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 210.600.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 1/12/2022, 170 días
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.254.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 63.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2022 a 21/11/2022, 160 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
ALBATROS SACI	99	1697120	NO
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA	89	1697151	NO
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA	107	1697079	NO
CATETERES Y AFINES S.A.	87	1697038	NO
ARGON S.R.L.	76	1697204	NO
BIOERIX S.A.	130	1696821	NO
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	10	1697023	NO
DYSA HEALTHCARE S.A.	208	1697235	NO
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	140	1696895	NO

Se encuentran Presentes por las firmas:

El Sr. Fredy Vera, por la firma IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

El Sr. Víctor Fabián Alonso y el Sr. Félix Hernán Ojeda, por la firma ARGON S.R.L.

El Sr. Tomas Benítez, por la firma BIOERIX S.A.

La Sra. Nancy Natalia Sotelo, por la firma ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

El Sr. Alberto Rodrigo Giménez y el Sr. Virgilio Cristaldo, por la firma DYSA HEALTHCARE S.A.

La Sra. Alejandra Riveros y el Sr. Federico López, por la firma EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Tomas Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072921 - 1

Federico Lopez

Fredy Ramon Vera
Importadora
Euroamericana S.A.

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá

Observación de los Oferentes:

La firma ARGON S.R.L. deja las siguientes observaciones:

Albatroz SACI segun Acta de subasta. Listado de Propuestas por Proveedor (Pagina 18) se observa que el modelo ofertado para el item 5 Oximetro de Pulso es PB-100B, sin embargo en la carpeta de oferta segun Planilla de especificaciones tecnicas y Catalogo tecnico presentado figura como modelo PO-100B

Ítem 6 Lámpara cialítica de techo.

En una parte de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones dice lo siguiente: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100% de al menos 3 horas. En la respuesta N° 114 el Convocante aclara que la batería debe estar adentro de la cúpula. En la respuesta N° 108 el Convocante aclara que no se puede cotizar batería externa (UPS).

Los equipos cotizados por las empresas Altas Tecnologías SA, LCM SA no cumplen con la exigencia: Bateria interna colocada en el interior de la cúpula, con una duración de al menos 3 horas. Hemos revisado sus catálogos en la página web de sus respectivas marcas, en los mismos no se mencionan el cumplimiento de la exigencia técnica antes señalada.

Las empresas LCM S.A, Altas Tecnologías S.A. Y DYSA, No presentan catálogos técnicos donde se pueda comprobar las exigencias técnicas solicitadas para el item 6 Lampara cialitica.

Ítem 6 Lámpara Cialitica *

En una parte de las de las especificaciones técnicas dice: Índice de rendimiento de color R13 (color de la piel) del 95% o mayo: No se observa en los catálogos técnicos presentados por parte de la empresa Albatros SACI

Ítem 6 Lámpara Cialitica

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga del 100 % de al menos 3 horas:

En el catálogo técnico presentado por la empresa Albatros SACI se observa que las baterías tienen un uso de solamente de 1 o 2 horas.

Ítem 6 Lámpara Cialitica

En la consulta número 114 realizada a la convocante aclara que la batería debe estar dentro del cabezal. En los catálogos técnicos presentados no se observa que las baterías están dentro el cabezal

La firma ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA deja las siguientes observaciones:

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioeri S.A.

Federico Lopez

Elizache S.A.C.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821 - 1

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Fredy Ramón Vera
Importadora
Euroamericana S.A.

Lic. Mauro L. Britez G.
D.G.C. - Hospital Nacional Itauguá

Solicitamos a la convocante tenga la molestia en verificar todos los directivos tecnicos y administrativos de las empresas que se presenta en este acto cruzando la informacion con Constancia de ser o no Funcionario Público (SFP) -

La firma DYSA HEALTHCARE S.A. deja las siguientes observaciones:

En la Carpeta de Eduardo Elizeche no sé observa los siguientes documentos certificado de cumplimiento tributario actual patente municipal vigente.

Carta otorgado por el fabricante debidamente legalizada y consularizada para comercializar el producto ofertado inscripta en el registro publico de comercio vigente.

Las Observaciones corresponden al Ítem N° 3

En la planilla de especificaciones técnicas presentado en la oferta (folios 117 al 131) claramente se verifica que no cumplen los siguientes ítems 1.1, 2.8, 4.7, 6.5, 6.8, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Todos los puntos indicados donde la firma Elizeche indica como N/A (No aplica), cada ítem son puntos o descripciones solicitadas por las convocantes que se debe cumplir y proveer. En ninguno de estos ítem solicita o se señala como OPCIONAL

En el ítem 2.8 donde se solicita la provisión de Posa Pies, unidad de compresión motorizada, cinturón de compresión y accesorios de posicionamiento, señalan que no cumplen indicando N/A en parametros

En el ítem 4.7 donde dice Con rejilla compatible con el detector, no cumple indicando en la tabla de EETT como N/A

No cumple con los items 7.5, 7.6, 7.7 de suma importancia para la realización de mediciones, anotaciones, etc a los estudios realizados y se señala como N/A y que no cumplen con estos requisitos claramente solicitados por la convocante y en ningún momento fue señalado como OPCIONAL

Además puntos adicionales solicitados en el ítem 9 como conexión remota (9.4) la realización de capacitación a usuarios (9.2) no se encuentran incluidas en la oferta, puesto que señalan como N/A en el cuadro de parámetro y claramente esto significa NO APLICA

La firma EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC deja las siguientes observaciones:

Ítem 3 - rx telecomandada

En la página 63 donde se presenta el documento de certificación ISO 13485, es una certificación de la empresa fabricante del equipo para diseño, fabricación, comercialización y demás de equipos de rayos x, no es una certificación especifica del equipo ofertado, no menciona modelo.

En la página 59 a la 61, dysa no presenta planilla de datos garantizados. Presenta solamente las especificaciones requeridas en el pbc.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioem

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821 - 1

Federico López

Fredy Ramón Vera
Importadora
Euroamericana S.A.

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Elizeche S.A.C.

Lic. Mauro L. Brítez P.
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá

Verificar cumplimiento de las especificaciones. Según información encontrada en internet, no cumplen con el ancho de mesa solicitado en el pliego, se pide 80cm o mayor y el del equipo ofertado por DYSA es de 75 cm nada mas.

Respecto a el rango de mA tampoco cumplen, segun información de internet van de 10 mA a 1.000 mA, cuando se solicita en el PBC de 1mA o menor a 750 mA o mayor, no cumple el límite inferior.

Verificar valor de capacidad calórica, según internet es solamente de 800 kHU. En el pliego se solicita de 2.300 kHU o mayor.

La firma DYSA, 1.En el Acta de Asamblea ordinaria N 42/2022 Figuran como accionistas: Ocho S.A. y Miembros del Directorio:

Luis Pettengil Vacca, Juan GabrielAppleyar Petengill, Juan Carlos Petengill Castillo, no obstante los mismos no se encuentras mencionados en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19, por lo que debe ser solicitada la Constancia de Declaración Jurada ante la CGR, y las fechas de la mismas debe ser anterior a la fecha de competencia del presente llamado.

Respecto a la empresa OCHO A. S.A debe presentarse la declaración jurada de todos sus accionistas y directores .

Tal como les establece el Art.1 de la Ley mencionada.

Los mismos se encuentran mencionados en el formulario de socios a folio 17/18

Tampoco se observa la Declaración Jurada o accion de Inconstitucionalidad del Sr. Benjamín Díaz de Bedoya e Iván Maciel, quienes figuran en el formulario de miembros.

2. No se observa los certificados de capacitación del fabricante en la modalidad ofertada de los técnicos propuestos: Victor Aliendre Recalde y Carlos Magno Veloso.

3.No se observa Certificado emitido por el Ministerio del Trabajo.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

Federico Lor

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L

ALTAS TECNOLOGIAS S.A
RUC: 80072821 - 1

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Fredy Ramón Vera
Importadora
Euroamericana S.A.

Luis Mauro L. Valdez P.

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 11:56 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Hernán Ojeda
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821 - 1

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Federico Lopez

Elizabeth S.A.C.

Fredy Ramón Vera
Importadora Euroamericana S.A.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.