ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

En la ciudad de Asunción, a los **SEIS** días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL TRECE**, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas recibidas en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, **cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 18 de julio de 2.013.**

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución S.G. N° 304 de fecha 18 de abril de 2.013**:

1. **ABG. Pedro Adrián Santander, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.**
2. **ABG. Walter Mercedes Cáceres, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.**
3. **DRA. Concepción Giménez de Chamorro, representante de la Dirección de Salud Bucodental.**
4. **SRA. Graciela Zarza, representante de la Dirección de Salud Bucodental.**
5. **DRA. Juana Romero de Pizurno, representante del Gabinete del M.S.P.B.S.**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; ADENDA Nº 01; ADENDA Nº 02; ADENDA Nº 03 y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

SEGUNDO: Según **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 2.791/2.013, correspondiente al PAC Institucional Nº 259.823, cuyo monto asciende a Gs. 985.948.520 (Guaraníes Novecientos ochenta y cinco millones, novecientos cuarenta y ocho mil, quinientos veinte)** según programa anual de contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el **Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta,** por lo que la presente Licitación Pública Nacional Nº 10/2.013, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

TERCERO: Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha **18 de julio de 2.013**, observándose la recepción de **10 (diez)** ofertas, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Nº	EMPRESA:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
1	**D&D DISTRIBUIDORA S.A.** **Póliza: ASEGURADORA DEL ESTE.** **Monto: Gs. 60.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 15/11/2013.** **Foliado: del 001 al 083.**	**Gs. 1.175.100.000.-**
2	**ANDRES H. ARCE S.A.** **Póliza: GRUPO GENERAL DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 50.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 26/10/2013.** **Foliado: del 01 al 179.**	**Gs. 849.675.508.-**
3	**DENTAL GUARANÍ S.R.L.** **Póliza: GRUPO GENERAL DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 100.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 15/12/2013.** **Foliado: del 01 al 054.**	**Gs. 665.310.000.-**
4	**VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.** **Póliza: GARANTÍA S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 3.900.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 25/10/2013.** **Foliado: del 01 al 116.**	**Gs. 75.731.700.-**
5	**BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.** **Póliza: RUMBOS S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 3.500.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 16/10/2013.** **Foliado: del 01 al 065.**	**Gs. 69.990.000.-**
6	**INNOVACIONES S.A.** **Póliza: GRUPO GENERAL S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 30.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 16/10/2013.** **Foliado: del 01 al 109.**	**Gs. 476.400.000.-**
7	**BIOS GROUP S.R.L.** **Póliza: EL SOL DEL PARAGUAY.** **Monto: Gs. 120.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 21/10/2013.** **Foliado: del 01 al 125.**	**Gs. 1.265.500.000.-**

Walter M. Cáceres Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Graciela Zarza Jefa Dpto. Salud Bucodental

Dra. Concepción E. Giménez Directora Dirección Salud Bucodental

8	**E&H ODONTOTECNIA S.R.L.** **Póliza: PATRIA S.A.** **Monto: Gs. 36.230.500.** **Vigencia: Desde el 27/06/2013 al 20/10/2013.** **Foliado: del 01 al 030.**	Gs.	134.080.000.-
9	**G.T. SCIENTIFIC S.A.** **Póliza: SEGUROS CHACO S.A.** **Monto: Gs. 10.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 16/10/2013.** **Foliado: del 01 al 082.**	Gs.	194.293.050.-
10	**P.M. y A. S.A.** **Póliza: IMPERIO S.A.** **Monto: Gs. 15.000.000.** **Vigencia: Desde el 18/07/2013 al 18/11/2013.** **Foliado: del 01 al 067.**	Gs.	214.427.400.-

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para Contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: **El Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de los documentos de carácter sustancial establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones**:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	D&D DISTRIBUIDORA S.A.	ANDRES H. ARCE S.A.	DENTAL GUARANÍ S.R.L.	VICENTE SCAVONE & CIA.	BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	INNOVACIONES S.A.	BIOS GROUP S.R.L.	E&H ODONTOTECNIA	G.T. SCIENTIFIC S.A.	P.M. y A. S.A.
Formulario Oferta: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Anexo 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta: 90 (noventa) DIAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Publica y Protocololización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Walter M. Cáceres Arriza
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica

Graciela Zarza Marcos
Jefa Dpto. Administrativo

Dra. Concepción E. Giménez
Directora
Dirección Salud Bucodental MSP y BS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

QUINTO: Se da lectura al **Análisis del contenido documental legal**, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según **Dictamen A.J. Nº 1.933, de fecha 19 de Julio de 2.013**, el cual concluye que:

1- **D&D DISTRIBUIDORA S.A.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1257529 con estado activo de las documentaciones.
2- **ANDRES H. ARCE S.A.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1257211 con estado activo de las documentaciones, a *EXCEPCIÓN* de: Documento de Identidad; Constancia del RUC; el Acta de Asamblea; el IVA; el Balance General; el Impuesto a la Renta; el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y el Certificado de Cumplimiento Tributario, pero se visualiza la presentación de los mismos en la carpeta.
3- **DENTAL GUARANÍ S.R.L.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1257542 con estado activo de las documentaciones, a *EXCEPCIÓN* de: el I.V.A.; Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y Certificado de Cumplimiento Tributario.
4- **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1257394 con estado activo de las documentaciones, a *EXCEPCIÓN* de: el Certificado de Cumplimiento Tributario.
5- **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1253844 con estado activo de las documentaciones, a *EXCEPCIÓN* de: el IVA; el Balance General; Impuesto a la Renta y el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.
6- **INNOVACIONES S.A.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE con estado activo de todas las documentaciones.
7- **BIOS GROUP S.R.L.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1257352 con estado activo de todas las documentaciones.
8- **E&H ODONTOTECNIA S.R.L.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1254854 con estado activo de las documentaciones, a *EXCEPCIÓN* de: la DD. JJ. Art. 40 y la Declaración Jurada de Menores, pero se visualiza la presentación de los mismos en la carpeta.
9- **G.T. SCIENTIFIC S.A.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1257372 con estado activo de todas las documentaciones.
10- **P.M. y A. S.A.:** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Constancia del SIPE Nº 1255138 con estado activo de todas las documentaciones.

SEXTO: Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros,** que forma parte del presente Acta de Evaluación, practicado a los Balances de las empresas oferentes, elaborado por la Lic. Anicia C. Romero, Asesora Técnica de la Dirección Operativa de Contrataciones, remitido por MEMORANDO A.T./D.O.C. Nº 90/2013 de fecha 19 de julio de 2.013, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

1- **D&D DISTRIBUIDORA S.A.:**

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	3.596.234.978 / 3.023.291.736	1,19	8.974.993.577 / 6.531.658.159	1,37	7.370.325.461 / 4.220.183.885	1,75	1,44	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	4.545.866.699 / 8.657.575.194	0,53	8.239.813.671 / 13.602.306.459	0,61	6.273.684.090 / 12.075.881.181	0,52	0,55	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	302.526.816 / 1.500.000.000	0,20	1.048.042.834 / 1.500.000.000	0,70	242.889.330 / 3.300.000.000	0,07	0,32	CUMPLE

2- **ANDRES H. ARCE S.A.:**

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	14.533.470.394 / 7.324.565.252	1,98	13.961.265.679 / 5.350.891.023	2,61	14.753.871.658 / 5.871.126.747	2,51	2,37	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	7.324.565.252 / 15.396.345.019	0,48	5.350.891.023 / 14.877.964.366	0,37	5.871.126.747 / 15.736.157.597	0,37	0,40	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.031.984.130 / 3.000.000.000	0,68	958.575.970 / 3.000.000.000	0,32	1.085.575.183 / 3.000.000.000	0,36	0,45	CUMPLE

Walter M. Cáceres M. — Dirección Operativa de Contrataciones — Dra. Concepción E. Giménez

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3- DENTAL GUARANÍ S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	2.230.053.211 / 1.124.586.840	1,98	2.953.039.374 / 1.470.548.826	2,01	3.521.854.124 / 1.607.374.308	2,19	2,06	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.124.586.840 / 2.253.165.813	0,50	1.470.548.826 / 2.964.060.557	0,50	1.607.374.308 / 3.624.954.991	0,44	0,48	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	256.425.768 / 360.000.000	0,71	341.052.599 / 360.000.000	0,95	497.649.538 / 360.000.000	1,38	1,01	CUMPLE

4- VICENTE SCAVONE & CIA.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	133.469.048.712 / 43.754.554.674	3,05	174.516.781.600 / 52.296.439.146	3,34	187.893.128.429 / 47.934.829.358	3,92	3,44	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	56.740.558.781 / 201.869.902.161	0,28	52.296.439.146 / 244.475.843.069	0,21	67.434.829.358 / 262.993.244.232	0,26	0,25	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	4.409.239.306 / 90.000.000.000	0,05	5.827.741.510 / 90.000.000.000	0,06	6.481.094.666 / 90.000.000.000	0,07	0,06	CUMPLE

5- BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	7.642.245.644 / 6.101.901.426	1,25	13.533.099.174 / 10.006.535.594	1,35	11.957.575.287 / 8.286.941.770	1,44	1,35	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	6.101.901.425 / 11.902.871.728	0,51	10.006.535.593 / 23.617.907.948	0,42	8.286.941.770 / 18.972.078.185	0,44	0,46	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.332.562.169 / 600.000.000	3,89	5.799.931.689 / 600.000.000	9,67	1.457.245.474 / 600.000.000	2,43	5,33	CUMPLE

6- INNOVACIONES S.A.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	2.266.123.047 / 1.306.280.755	1,73	2.487.446.993 / 1.392.419.175	1,79	2.557.558.739 / 1.337.907.209	1,91	1,81	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.306.280.755 / 2.325.734.364	0,56	1.392.419.175 / 2.550.346.872	0,55	1.337.907.209 / 2.641.085.931	0,51	0,54	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	257.708.572 / 500.000.000	0,52	167.738.440 / 500.000.000	0,34	175.248.445 / 500.000.000	0,35	0,40	CUMPLE

7- BIOS GROUP S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	421.254.064 / 195.950.229	2,15	814.195.178 / 319.789.057	2,55	932.876.894 / 367.249.997	2,54	2,41	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	195.950.229 / 544.300.399	0,36	319.789.057 / 1.220.553.289	0,26	367.249.997 / 1.394.064.222	0,26	0,30	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	61.902.729 / 130.000.000	0,48	356.218.550 / 510.000.000	0,70	446.671.406 / 510.000.000	0,88	0,68	CUMPLE

8- E&H ODONTOTECNIA S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	446.328.125 / 91.852.276	4,86	1.341.339.987 / 723.236.020	1,85	727.836.877 / 210.651.415	1,00	2,57	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	91.852.276 / 517.269.586	0,18	723.236.020 / 1.405.606.361	0,51	210.651.415 / 780.235.725	0,27	0,32	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	18.194.611 / 50.000.000	0,36	18.194.611 / 50.000.000	0,36	-147.450.782 / 50.000.000	-2,95	-0,74	NO CUMPLE

9- G.T. SCIENTIFIC S.A.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	5.777.073.620 / 1.314.742.712	4,39	10.362.996.233 / 4.206.242.510	2,46	9.634.245.740 / 2.721.039.591	3,54	3,47	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.314.742.712 / 7.338.635.515	0,18	4.206.242.510 / 12.341.824.003	0,34	2.721.039.591 / 12.094.456.318	0,22	0,25	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.088.371.221 / 3.000.000.000	0,36	1.851.567.007 / 3.000.000.000	0,62	1.210.507.207 / 3.000.000.000	0,40	0,46	CUMPLE

10- P.M. y A. S.A.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.010		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.118.466.083 / 874.239.424	1,28	2.252.594.361 / 1.225.509.542	1,84	2.448.221.637 / 135.020.608	18,13	7,08	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	874.239.424 / 2.228.619.081	0,39	1.225.509.542 / 3.346.912.645	0,37	135.020.608 / 3.539.382.336	0,04	0,27	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	564.882.866 / 100.000.000	5,65	749.989.202 / 100.000.000	7,50	376.380.788 / 100.000.000	3,76	5,64	CUMPLE

Walter M. [illegible]

Dra. Concepción E. Giménez
Directora
Dirección Salud Bucodental

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SEPTIMO: DESESTIMACIONES:

El Comité de Evaluación observa que la Empresa **E&H ODONTOTECNIA S.R.L.** NO CUMPLE **con el Índice de Rentabilidad** según el Análisis de Ratios Financieros mencionado en el Punto SEXTO de esta Acta de Evaluación. Por lo tanto, procede a **DESESTIMAR** su oferta por no cumplir con lo establecido en la **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2- Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36). (a) Capacidad Financiera, del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.**

OCTAVO: Forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación **EL INFORME TECNICO de fecha 01 de agosto de 2.013,** elaborado por las siguientes personas: La Dra. Concepción Giménez – Directora de la Dirección de Salud Bucodental; la Dra. Raquel Riveros y el Dr. Richard Kennedy, en donde se analizan las ofertas presentadas por las Empresas participantes en el marco de la Etapa de Evaluación de la presente licitación, a los efectos de constatar si los mismos reúnen las condiciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas, para su posterior recomendación de adjudicación.

Dicho INFORME TÉCNICO se encuentra disponible para todos los interesados en el Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

NOVENO: NOTAS REMITIDAS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

El Comité de Evaluación ha cursado notas a las empresas oferentes en el marco de la presente licitación, en donde se les solicita Aclarar cada punto de las Especificaciones Técnicas de los equipos ofertados. Dichas notas remitidas se mencionan a continuación:

1- **Nota C.E. Nº 100** de fecha 05/08/2013, remitida a la empresa **VICENTE SCAVONE & CIA.** solicitándole aclaraciones correspondientes a los ítems Nº 08 y 09.
2- **Nota C.E. Nº 101** de fecha 05/08/2013, remitida a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** solicitándole aclaraciones correspondientes a los ítems Nº 01; 03 y 05.
3- **Nota C.E. Nº 102** de fecha 05/08/2013, remitida a la empresa **ANDRÉS H. ARCE S.A.** solicitándole aclaraciones correspondientes a los ítems Nº 02 y 04.

Para el cumplimiento de lo solicitado, el comité les emplazó por el término de 24 horas a partir de la recepción de la nota de pedido, a ser remitidos en el Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS sito en la Avda. Pettirossi esq. Brasil, 1er piso, Oficina 418, teléfono 021 – 223.523.

Todas las empresas notificadas han presentado en tiempo y forma las aclaraciones solicitados por el Comité de Evaluación. **En consecuencia, sus ofertas continúan en el proceso de evaluación a los efectos de una eventual adjudicación.**

DECIMO: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

DECIMO PRIMERO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta de cada **ÍTEM** evaluado provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas".**

Ítem N° 1: SET DE EQUIPO ODONTOLÓGICO:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
INNOVACIONES S.A.	ZIANN DELMA	CHINA	30	27.000.000	15.880.000	476.400.000	-41,19%	NO CUMPLE
DENTAL GUARANÍ S.R.L.	DENIMED	ARGENTINA	30	27.000.000	18.127.000	543.810.000	-32,86%	CUMPLE

Según el Informe Técnico mencionado en el Punto OCTAVO de esta Acta de Evaluación, la primera mejor oferta en precios que corresponde a la empresa INNOVACIONES S.A. NO CUMPLE con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas respectivas. Por lo tanto, el Comité de Evaluación recomienda DESESTIMAR esta oferta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma CUMPLE con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.

Ítem N° 2: COMPRESOR PARA USO ODONTOLÓGICO:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
E&H ODONTOTECNIA SRL	FOSHAN	CHINA	15	3.800.000	2.900.000	43.500.000	-23,68%	CUMPLE
ANDRES H. ARCE S.A.	SCHULZ	BRASIL	15	3.800.000	2.999.997	44.999.955	-21,05%	CUMPLE

Se DESESTIMA la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa E&H ODONTOTECNIA S.R.L. por los motivos expuestos en el Punto SEPTIMO del presente Acta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma CUMPLE con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.

Ítem N° 3: ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
E&H ODONTOTECNIA SRL	A G S	ARGENTINA	12	3.250.000	1.990.000	23.880.000	-38,77%	CUMPLE
DENTAL GUARANÍ S.R.L.	DENIMED	ARGENTINA	12	3.250.000	2.300.000	27.600.000	-29,23%	CUMPLE

Se DESESTIMA la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa E&H ODONTOTECNIA S.R.L. por los motivos expuestos en el Punto SEPTIMO del presente Acta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que

Concepción E. Giménez
Directora Dpto. Salud Bucodental MSP y BS

corresponde a la Empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma CUMPLE con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.

Ítem N° 4: ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
DENTAL GUARANÍ S.R.L.	ODONTOBRAS	BRASIL	3	4.000.000	2.300.000	6.900.000	-42,50%	NO CUMPLE
ANDRES H. ARCE S.A.	ODONTOBRAS	BRASIL	3	4.000.000	2.399.991	7.199.973	-40,00%	CUMPLE

Según el Informe Técnico mencionado en el Punto OCTAVO de esta Acta de Evaluación, la primera mejor oferta en precios que corresponde a la empresa DENTAL GUARANÍ S.R.L. NO CUMPLE con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas respectivas. Por lo tanto, el Comité de Evaluación recomienda DESESTIMAR esta oferta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma CUMPLE con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.

Ítem N° 5: EQUIPO DE LABORATORIO DENTAL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
DENTAL GUARANÍ S.R.L.	DENTSCLER / DENIMED	BRASIL / ARGENTINA	10	5.851.852	3.500.000	35.000.000	-40,19%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Ítem N° 6: TUBO DE OXIGENO:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
ANDRES H. ARCE S.A.	INFLEX	ARGENTINA	3	970.000	2.849.990	8.549.970	193,81%	CUMPLE

Se recomienda DECLARAR DESIERTO este ítem porque la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa ANDRES H. ARCE S.A. **supera en un 193,81% el Precio referencial Institucional.**

Ítem N° 7: CAJA METALICA CON TAPA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
VICENTE SCAVONE & CIA.	SUBITON	ARGENTINA	8	350.000	465.850	3.726.800	33,10%	NO CUMPLE
DENTAL GUARANÍ S.R.L.	LABORATORIO SSL	ARGENTINA	8	350.000	500.000	4.000.000	42,86%	CUMPLE

Según el Informe Técnico mencionado en el Punto OCTAVO de esta Acta de Evaluación, la primera mejor oferta en precios que corresponde a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA. NO CUMPLE con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas respectivas. Por lo tanto, el Comité de Evaluación recomienda **DESESTIMAR** esta oferta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma CUMPLE con todos los requerimientos técnicos exigidos. Así mismo se observa que la oferta de la misma **supera en un 42,86% el Precio Referencial Institucional.** En consecuencia se recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem.

Ítem N° 8: CAJA METALICA CON TAPA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
VICENTE SCAVONE & CIA.	SUBITON	ARGENTINA	7	300.000	266.200	1.863.400	-11,27%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **VICENTE SCAVONE & CIA.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Ítem N° 9: TAMBOR PARA GASA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TÉCNICO
VICENTE SCAVONE & CIA.	SUBITON	ARGENTINA	9	180.000	93.500	841.500	-48,06%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **VICENTE SCAVONE & CIA.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

DECIMO SEGUNDO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA:	ÍTEMS ADJUDICADOS:	MONTO – Gs. (IVA Incluido)
1. DENTAL GUARANÍ S.R.L.	01; 03 y 05.-	606.410.000.-
2. ANDRES H. ARCE S.A.	02 y 04.-	52.199.928.-
3. VICENTE SCAVONE & CIA.	08 y 09.-	2.704.900.-
MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido)		661.314.828.-
SON Gs.: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS CATORCE MIL, OCHOCIENTOS VEINTIOCHO .-		
ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO: ITEM Nº 06 y 07.-		

Walter ... Abogado
Dra. Concepción E. Giménez Directora

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

ABG. PEDRO ADRIAN SANTANDER.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ABG. WALTER M. CACERES.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

DRA. CONCEPCIÓN GIMENEZ DE CHAMORRO.
DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL

SRA. GRACIELA ZARZA.
DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL

DRA. JUANA ROMERO DE PIZURNO
GABINETE DEL M.S.P.B.S.

CUADRO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" - I.D. Nº 259.823.-

P. B. C. Y PRECIOS REFERENCIALES								RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN									
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	PRESENTACION SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
1	42151705-001	SET DE EQUIPO ODONTOLOGICO	UNIDAD	UNIDAD	30	27.000.000	810.000.000	DENIMED	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	30	18.127.000	543.810.000	-32,86	DENTAL GUARANÍ S.R.L.	Según el Informe Técnico mencionado en el Punto OCTAVO de esta Acta de Evaluación, la primera mejor oferta en precios que corresponde a la empresa INNOVACIONES S.A. **NO CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas respectivas. Por lo tanto, el Comité de Evaluación recomienda **DESESTIMAR** esta oferta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.
2	42292202-001	COMPRESOR PARA USO ODONTOLOGICO	UNIDAD	UNIDAD	15	3.800.000	57.000.000	SCHULZ	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	15	2.999.997	44.999.955	-21,05	ANDRES H. ARCE S.A.	Se **DESESTIMA** la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa E&H ODONTOTECNIA S.R.L. por los motivos expuestos en el Punto SEPTIMO del presente Acta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.
3	41104506-002	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	UNIDAD	12	3.250.000	39.000.000	DENIMED	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	12	2.300.000	27.600.000	-29,23	DENTAL GUARANÍ S.R.L.	Se **DESESTIMA** la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa E&H ODONTOTECNIA S.R.L. por los motivos expuestos en el Punto SEPTIMO del presente Acta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.
4	41104506-002	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	UNIDAD	3	4.000.000	12.000.000	ODONTOBRAS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	3	2.399.991	7.199.973	-40,00	ANDRES H. ARCE S.A.	Según el Informe Técnico mencionado en el Punto OCTAVO de esta Acta de Evaluación, la primera mejor oferta en precios que corresponde a la empresa DENTAL GUARANÍ S.R.L. **NO CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas respectivas. Por lo tanto, el Comité de Evaluación recomienda **DESESTIMAR** esta oferta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos exigidos, consecuentemente se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.
5	42152204-001	EQUIPO DE LABORATORIO DENTAL	UNIDAD	UNIDAD	10	5.851.852	58.518.520	DENTSCLER / DENIMED	BRASIL / ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	10	3.500.000	35.000.000	-40,19	DENTAL GUARANÍ S.R.L.	El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
6	42171911-001	TUBO DE OXIGENO	UNIDAD	UNIDAD	3	970.000	2.910.000	INFLEX	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	3	2.849.990	0	193,81	DECLARADO DESIERTO	Se recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem porque la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa ANDRES H. ARCE S.A. **supera en un 193,81% el Precio referencial Institucional.**
7	42181515-006	CAJA METALICA CON TAPA	UNIDAD	UNIDAD	8	350.000	2.800.000	LABORATO-RIO SSL	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	8	500.000	0	42,86	DECLARADO DESIERTO	Según el Informe Técnico mencionado en el Punto OCTAVO de esta Acta de Evaluación, la primera mejor oferta en precios que corresponde a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA. **NO CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas respectivas. Por lo tanto, el Comité de Evaluación recomienda **DESESTIMAR** esta oferta. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la empresa DENTAL GUARANÍ S.R.L. y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos exigidos. Así mismo se observa que la oferta de la misma **supera en un 42,86% el Precio Referencial Institucional.** En consecuencia se recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem.
8	42181515-006	CAJA METALICA CON TAPA	UNIDAD	UNIDAD	7	300.000	2.100.000	SUBITON	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	7	266.200	1.863.400	-11,27	VICENTE SCAVONE & CIA.	El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **VICENTE SCAVONE & CIA.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
9	41105107-001	TAMBOR PARA GASA	UNIDAD	UNIDAD	9	180.000	1.620.000	SUBITON	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	9	93.500	841.500	-48,06	VICENTE SCAVONE & CIA.	El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **VICENTE SCAVONE & CIA.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
TOTAL PRECIO REFERENCIAL							985.948.520	TOTAL PRECIO A ADJUDICAR						661.314.828			

OBSERVACIÓN: SE ANEXA AL PRESENTE CUADRO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS RECOMENDADOS A ADJUDICAR, REQUERIDAS EN EL P.B.C., PARA LOS SIGUIENTES ITEMS: 01; 02; 03; 04; 05; 08 y 09.-

Dra. Concepción E. Giménez
Directora
Dirección de Salud Bucodental MSP y BS

L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 01: **SET DE EQUIPO ODONTOLÓGICO.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **DENTAL GUARANÍ S.R.L.**
Marca: **DENIMED.**
Procedencia y Año de Fabricación: **ARGENTINA.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas:
1	SET DE EQUIPO ODONTOLÓGICO:	42151705-001	**Sillón odontológico, con reflector, mesa de mando, salivadera, butaca y compresor seco silencioso, turbina, micromotor, contraángulo y luz halógena.** MARCA: **DENIMED**, PROCEDENCIA: **ARGENTINA** y AÑO DE FABRICACIÓN: **2013.** **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales ISO 9001:2009, BPF. Estructura de acero inoxidable con pulido sanitario. Porta pieza de mano para una turbina, micro motor y jeringa triple de acero inoxidable, aluminio anodizado. Pedal neumático o reóstato de velocidad con selección automática de la pieza de mano a utilizar a través de sistema de microswitch. El reflector es accionado a través del pedal del sillón. El conjunto de consola y escupidera cuenta con agua presurizada. Sistema neumático conductores de alta resistencia, flexibilidad y durabilidad. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. **Características Técnicas:** Velocidad de rotación de la turbina: 0 a 420 mil rpm sobre colchón de aire. Velocidad de rotación de micro motor: 0 a 20 mil rpm regulable. Presión de agua: 2,5 a 6 bar, regulable. Presión de aire: 4,5 a 6 bar, regulable. Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz. **Accesorios del equipo sillón:** Manual de operación y servicio en español. Set completo de instalación neumática para la consola. 1 Pedal o reóstato de control de velocidad. 3 Juegos completos de fresas de diamante para la turbina y micro motor. 2 redondas, 2 cilíndricas, 2 troncocónicas, 2 pimpollos. **Compresor a pistón seco silencioso para odontología** MARCA: **DENIMED**, PROCEDENCIA: **ARGENTINA** y AÑO DE FABRICACIÓN: **2013.** Construcción acorde a normas internacionales. Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Estructura de acero inoxidable con pintura secada al horno. Compresor a pistón seco silencioso con 2 cabezales para uso en odontología. Tanque reservorio de aire de acero satinado en pintura secado al horno con válvula de seguridad, presostato automático para partida y corte, manómetro de presión, válvula de purga, trampa de agua, filtro de aire y humedad. Sistema de acople rápido para mangueras, válvulas de paso de aire y purgado del tanque. Facilidad de limpieza y mantenimiento. **Características Técnicas:** Caudal de aire necesario: 120 a 170 litros / minutos. Rango de presión del presostato automático: de 90 a 120 libras / pulg. Motor eléctrico de 1 HP. Compresor auto lubricante con 2 cabezales. Alimentación eléctrica 220V / 50 Hz. **Accesorios del compresor:** Manual de operación y servicio en español. Kit de mangueras de conexión para la unidad odontológica. Incluye un presostato de repuesto **Otros requerimientos** Garantía escrita de 12 meses con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y puesta en funcionamiento en las instituciones asignadas. Se garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.

Dra. Concepción E. Giménez
Directora
Dirección de Salud Bucodental MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones

L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 02: **COMPRESOR PARA USO ODONTOLÓGICO.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **ANDRES H. ARCE S.A.**
Marca: **SCHULZ.**
Modelo: **CSD 5/30 1HP.**
Procedencia y Año de Fabricación: **BRASIL – 2.013.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas:
2	**COMPRESOR PARA USO ODONTOLÓGICO:**	**42292202-001**	**Compresor a pistón seco para odontología:** MARCA: **SCHULZ**, PROCEDENCIA: **BRASIL** y AÑO DE FABRICACIÓN: **2013**. Construcción acorde a normas internacionales. Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Estructura de acero inoxidable con pintura secada al horno. Compresor auto lubricante con 2 cabezales de compresión de funcionamiento silencioso. Tanque reservorio de aire de acero satinado en pintura secado al horno con válvula de seguridad, presostato automático para partida y corte, manómetro de presión, válvula de purga, trampa de agua, filtro de aire y humedad. Motor eléctrico para funcionamiento continúo. Sistema de acople rápido para mangueras, válvulas de paso de aire y purgado del tanque. Facilidad de limpieza y mantenimiento. **Características Técnicas:** Caudal de aire necesario: 140 litros / minutos. Rango de presión del presostato automático: de 90 a 120 libras / pulg. Motor eléctrico de 1 HP. Compresor autolubricante con 2 cabezales. Alimentación eléctrica 220V / 50 Hz. **Accesorios :** Manual de operación y servicio en español. Kit de mangueras de conexión para la unidad odontológica. Incluye un presostato de repuesto Garantía escrita de 12 meses con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.

Dra. Concepción E. Giménez
Directora

L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 03: **ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **DENTAL GUARANÍ S.R.L.**
Marca: **DENIMED.**
Procedencia y Año de Fabricación: **ARGENTINA.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas:
3	**ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN:**	**411045 06-002**	**Estufa de esterilización calor seco de 22 litros** MARCA: **DENIMED,** MODELO: **DRYMED,** PROCEDENCIA: **ARGENTINA** y AÑO FABRICACIÓN: **2013.** **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales ISO 9001: 2008. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero cromo satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario. Cámara de esterilización de aluminio inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 4 bandejas. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento. Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización. Sistema de aireación con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual / acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura con un indicador Timer de operación con visualización digital del tiempo. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. **Características Técnicas:** Volumen de la cámara de esterilización de 22 litros. Capacidad de contención de bandejas: 4 bandejas perforadas. Timer de operación 0 a 190 min./operación continua. Termostato regulable entre más 30ºC y 190º C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en cámara: 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 – 380 V / 50 Hz. **Accesorios:** 1 Termómetro de 0 a 200ºC 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable, de acuerdo al equipo. 10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento. Se Garantiza la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 2 años con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español.

Dra. Concepción L. Giménez

L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 04: **ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **ANDRES H. ARCE S.A.**
Marca: **ODONTOBRAS.**
Procedencia y Año de Fabricación: **BRASIL – 2.013.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas
4	**ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN:**	**41104506-002**	**Estufa de esterilización calor seco de 30 litros** MARCA: ODONTOBRAS, MODELO: 1,1 de 30 litros, PROCEDENCIA: Brasil y AÑO DE FABRICACIÓN: 2013. **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales ISO 9001: 2008 Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero cromo niquelada con pintura secada al horno con pulido sanitario. Cámara de esterilización de aluminio inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 3 bandejas. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento. Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización. Sistema de aireación con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual / acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura con un indicador Timer de operación. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. **Características Técnicas:** Volumen de la cámara de esterilización 30 litros. Capacidad de contención de bandejas: 3 bandejas perforadas. Termostato regulable entre más 30ºC y 220º C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en cámara: 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 – 380 V / 50 Hz. **Accesorios:** 1 Termómetro de -10 a 260ºC 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable, de acuerdo al equipo. 10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento. Se Garantiza la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 2 años con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español.

Dra. Concepción E. Giménez
Directora
Dirección de Salud Bucodental MSP y BS

L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 05: **EQUIPO DE LABORATORIO DENTAL.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **DENTAL GUARANÍ S.R.L.**
Marca: **DENTSCLER / DENIMED.**
Procedencia y Año de Fabricación: **BRASIL / ARGENTINA.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas
5	**EQUIPO DE LABORATORIO DENTAL:**	**42152204-001**	**Equipo odontológico Portátil** MARCA: **DENTSCLER / DENIMED,** PROCEDENCIA: **ARGENTINA** y AÑO DE FABRICACIÓN: **2013.** **Características Generales:** Consola de 3 (tres) puntas Jeringa triple, cantidad: 1 Terminal para alta rotación, cantidad: 1 Terminal para micromotor con pedal, cantidad: 1 Kits de puntas (turbina, micromotor y contraángulo) Frontoluz de 2 pilas, cant.: 1 Compresor silencioso de 1 HP De fácil transporte Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. **Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz.** Manual de operación y servicio en español Garantía escrita de 12 meses con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la entrega. Se Garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 12 meses después de la adquisición del equipo

Mirta Concepción E. Giménez
Directora

L.P.N. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" – I.D. Nº 259.823.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 08: **CAJA METALIZA CON TAPA.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **VICENTE SCAVONE & CIA.**
Marca: **SUBITON.**
Procedencia y Año de Fabricación: **ARGENTINA – 2013/2013.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas:
8	CAJA METÁLICA CON TAPA:	42181515-006	**CAJA METÁLICA CON TAPA** MARCA: **SUBITON,** PROCEDENCIA: **ARGENTINA** y AÑO DE FABRICACIÓN: **2012/2013.** Construcción acorde a normas internacionales: Normas de MERCOSUR. Estructura de acero inoxidable Medidas 30 x 15 x 5 cm, con +/- 5 % Caja para instrumentales Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM 09: **TAMBOR PARA GASA.**
Oferente propuesto para la adjudicación: **VICENTE SCAVONE & CIA.**
Marca: **SUBITON.**
Procedencia y Año de Fabricación: **ARGENTINA – 2013/2013.**

Item	Descripción del Equipo	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas:
8	TAMBOR PARA GASA:	41105107-001	**TAMBOR PARA GASA** MARCA: **SUBITON,** PROCEDENCIA: **ARGENTINA** y AÑO DE FABRICACIÓN: **2012/2013.** Construcción acorde a normas internacionales: Normas de MERCOSUR. Estructura de acero inoxidable Medidas 10 x 10 cm, con un +/- 5% Garantía de 1 año

Dra. Concepción E. Giménez
Directora
Dirección de Salud Bucodental MSP y BS