LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/2019
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPAMIENTOS BIOMÉDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS" – ID. N° 347.139

En la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 6 días del mes de abril de 2021, siendo las 10:00 horas, se inicia la Evaluación de Ofertas presentadas en el marco de la contratación de referencia, convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El proceso cuenta con Resolución D.G.A.F. N° 1787/2019 de fecha 01 noviembre de 2019 **"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS" – AD REFERÉNDUM – I.D. N° 347.139** y la Resolución D.G.A.F. N° 108/2021 de fecha 12 de abril de 2021 **"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ART. 5°, DE LA RESOLUCIÓN D.G.A.F. N° 1787, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 (…)"**

Para tal efecto, conforme notas obrantes en el expediente y en virtud a las citadas Resoluciones, se designan a los siguientes funcionarios para conformar el Comité de Evaluación de Ofertas:

- **Abg. Olivia Ruiz Díaz,** por la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF).
- **Técnico Superior Woody Monteggia,** por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES).
- **Dra. Gloria Andrea Díaz,** por el Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.
- **Dr. Ronald Segovia,** por el Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.

ANTECEDENTES:

Que, a través de las Notas MSPyBS/DGGIES/DB N° 1929/2017 de fecha 18 de julio de 2017 y 2629/2017 de fecha 11 de setiembre de 2017, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, remite los expedientes y solicita el inicio del llamado.

Que, se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para una eventual adjudicación. Asimismo, es de carácter plurianual, por lo que las partidas presupuestarias para el siguiente ejercicio fiscal se encuentran sujetas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal correspondiente.

ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES FÍSICOS:

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario No. 2992/2019, se llevó a cabo el acto de Recepción y Apertura de Sobres en fecha 25 de marzo de 2021 a las 09:30 horas, en el Departamento de Licitaciones – DOC – Nivel Central, observándose la recepción de las ofertas de **07 (SIETE)** empresas oferentes: **(1)** ARGON S.R.L., **(2)** FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., **(3)** BIOTEC DEL PARAGUAY S.A., **(4)** CATETERES & AFINES S.A., **(5)** DENTAL GUARANI S.A., **(6)** SIEGEN S.A., **(7)** ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA:

No se registran observaciones.

1. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:

Conforme a los requisitos de calificación dispuestos en el Artículo 63 **"MÉTODO DE EVALUACIÓN"** del Decreto N° 2992/2019, se verificaron los documentos de carácter sustancial de las ofertas presentadas, indicando su cumplimiento, a través del criterio **CUMPLE o NO CUMPLE**:

Dra. Andrea Díaz
Ginecó - Obstetricia
Reg. 9325

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

Abog. Olivia Ruiz Díaz

N°	OFERENTES	FORMULARIO DE OFERTA Y PLANILLA DE PRECIOS	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA IDENTIDAD DEL OFERENTE Y REPRESENTACIÓN SUFICIENTE DEL FIRMANTE DE LA OFERTA	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
1	ARGON S.R.L	CUMPLE FS. 1/3	CUMPLE FS. 4/7	CUMPLE SIPE N°1634182	CUMPLE SIPE N°1634182
2	FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	CUMPLE FS. 1/3	CUMPLE FS. 5/7	CUMPLE SIPE N°1634104	CUMPLE SIPE N°1634104
3	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	CUMPLE FS. 1/2	CUMPLE FS. 3/5	CUMPLE FS. 12	CUMPLE FS. 7/11
4	CATETERES & AFINES S.A.	CUMPLE FS. 1/3	CUMPLE FS. 4/6	CUMPLE SIPE N° 1634105	CUMPLE SIPE N°1634105
5	DENTAL GUARANI S.A.	CUMPLE FS. 1/2	CUMPLE FS. 4/21	CUMPLE FS. 25	CUMPLE SIPE N°1632786
6	SIEGEN S.A.	CUMPLE FS. 1/3	CUMPLE FS. 4/5	CUMPLE SIPE N° 1634175	CUMPLE SIPE N°1634175
7	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.	CUMPLE FS. 1/3	CUMPLE FS. 4/6	CUMPLE SIPE N° 1634141	CUMPLE SIPE N°1634141

Para determinar que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a) y b) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.documentos.gov.py) si las personas citadas más abajo registran datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el siguiente cuadro y las constancias de los mismos obran en los antecedentes.

1. FALCON C.I.S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
202.690	BEATRIZ GODOY VDA. DE ARCE	1185218	NO REGISTRAN DATOS
1.477.658	VIVIAN LISETTE CONCEPCIÓN ARCE GODOY	1185214	
1.167.297	RODOLFO DARIO ARCE GODOY	1185195	
923.855	CHRISTIAN VIDAL ARCE GODOY	1185200	
1.167.298	WALTER DENIS ARCE GODOY	1185208	

2. BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
2.701.113	GONZALO SAMANIEGO ZUBIZARRETA	1194858	NO REGISTRAN DATOS
2.196.320	LORENA MARÍA ASUNCIÓN SAMANIEGO MONTIEL	1194863	
2.196.319	JUAN MARCELO SAMANIEGO MONTIEL	1194869	
2.008.279	CARLOS IGNACIO AYALA GONZÁLEZ	1194874	
2.196.538	VÍCTOR GONZÁLEZ SAMANIEGO MONTIEL	1786876	

Dra. Andrea Díaz Ginecó - Obstetricia Reg. 5555

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico Cirujano
Reg. Prof. 7919

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Farmacéutica
D.G.G.F.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

3. CATETERES & AFINES S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
1.909.704	PATRICIA NOEMÍ FONTENLA MELETTI	1185122	NO REGISTRAN DATOS
3.193.292	ELENA ROSALÍA ROMERO MORALES	1185142	
3.634.303	FERNANDO NICOLÁS BENÍTEZ ROLÓN	1185129	
2.921.233	CARLOS JOSE BENITEZ ROLON	1185135	
4.537.013	BRUNELLA AYALA FONTENLA	1185150	
4.537.012	DANIELA AYALA FONTENLA	1185158	
744.782	LOURDE GUADALUPE RIVAROLA PAREDES	1185164	

4. DENTAL GUARANI S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
4.425.632	ALDO ENRIQUE PÁEZ PEREIRA	1185058	NO REGISTRAN DATOS
768.047	JUAN CARLOS PÁEZ COLMAN	1158051	
674.634	ELIZABETH DEL PILAR PEREIRA DE PÁEZ	1185066	

5. ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
3.757.965	MARCOS ANTOLIANO MARIN ROJAS	1185025	NO REGISTRAN DATOS
3.424.620	LAURO MIGUEL BRÍTEZ LEGUIZAMÓN	1185030	

6. SIEGEN S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
510.505	MA. DE LOURDES ESCOBAR DE BAUMAN	1786788	NO REGISTRAN DATOS
1.695.435	ENRIQUE BAUMAN	1786791	
2.875.090	GUILLERMO BAUMAN ESCOBAR	1786796	
2.875.075	LOURDES BAUMAN ESCOBAR	1786800	

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7016

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Dra. Andrea
Gineco - Obstetricia
Reg. 99

7. ARGÓN S.A.			
Cédula/Documento	**Nombre y Apellido**	**Número de Constancia**	**Observación**
657.054	CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ	1786809	NO REGISTRAN DATOS
1.481.253	NORA ELIZABETH PEDROZO RODRÍGUEZ	1786814	
1.874.253	GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ	1786816	

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado, al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Además, vale mencionar:

Que, conforme Memorándum DLIC N° 356/2021, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40 inciso "c" de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que, mediante Memorándum A.J. N° 1275/2021, de fecha 19/04/2021, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: "*que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedentes ni Resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRATO CONTRACTUAL con las empresas "ARGON S.R.L., FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., BIOTEC DEL PARAGUAY S.A., CATETERES & AFINES S.A., DENTAL GUARANI S.A., SIEGEN S.A. Y ALTAS TECNOLOGÍAS S.A., a partir del ejercicio fiscal 2019 hasta la fecha".*

Así también, según Memorándum D.E.C. N° 383/2021 de fecha 24/08/2021, el Departamento de Ejecución de Contratos – dependiente de la Dirección Administrativa de la DGAF, informa en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 40 inc. e) requerido por Memorándum DLIC N° 1.056/2021 cuanto sigue: "*...según los registros del sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en esta dependencia No registran expedientes por incumplimiento contractual"*

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos m) y n) de las empresas participantes, observando que ningún oferente ni aquellos sujetos mencionados en estos incisos; han sido sancionados por la DNCP, conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 6716/21.

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, *determina que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 de la Ley 2051/03*.

2. SOLICITUDES DE DOCUMENTACIONES FORMALES Y ACLARACIONES:

En virtud a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a las ofertas presentadas en los siguientes términos:

1. BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 280/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Nómina de funcionarios/representantes legales (Formulario N° 05) con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros socios de la empresa de acuerdo a la modalidad que corresponda (S.A., S.R.L., CISA)	Presenta

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof 7919

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Ana Ahonga Díaz
Ginecó - Obstetricia

Constancia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6388/19 inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1080/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la oferta hasta el 13 de octubre de 2021, como así también de la Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta el 13/11/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1171/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Exposición detallada de la composición de precios de los siguientes ítems: • 26. Sistema Regulador de Oxígeno para Balón • 29. Monitor Multiparamétrico • 36. Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	Presenta
Catálogo Técnico de los ítems ofertados mencionados en el punto anterior, señalando en los mismos el lugar donde se da cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1250/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021, como así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 31/12/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1264/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
• Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Equipos biomédicos y/o equipos médicos) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. • Declaración Jurada de Estar de acuerdo que está plenamente de acuerdo y acepta en todos sus términos el presente Pliego de Bases y Condiciones y las aclaraciones que en consecuencia sean emitidas y que lo acepta en todos sus términos. • Declaración Jurada donde manifiesta que los bienes ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y que los mismos serán entregados de conformidad al Plan de Entregas. • **Autorización del fabricante:** Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; **Para los representantes o distribuidores:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. • Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no remanufacturados. • El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Limites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa. • Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. • Certificados que acrediten contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados (en el caso de equipos médicos). • Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado • Declaración Jurada de compromiso de presentar la garantía técnica de los bienes ofertados en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. • Exposición detallada de la composición de precios de los ítems: 18 y 19.	Presenta

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
...ía de Depósito Biomédica

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

Dra. Andrea ...
Médico - Cirujano

Abog. Olivia Ruiz Díaz

• Balance de los tres últimos años 2016-2017 y 2018.	
2. DENTAL GUARANÍ S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 278/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social	**No Presenta**
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancarios	**No Presenta**
Constancia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6388/19 inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC)	**No Presenta**
Se solicita según Nota DLIC 1085/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 13 de octubre de 2021	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1168/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Exposición detallada de la composición de precios de los siguientes ítems: • 15. Estufa de esterilización • 16. Sillón odontológico con accesorios • 17. Estufa odontológica de esterilización	Presenta
Catálogo Técnico de los ítems ofertados mencionados en el punto anterior, señalando en los mismos el lugar donde se da cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas.	Presenta
3. SIEGEN S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 277/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Presenta
Patente Municipal	Presenta
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social	Presenta
Nómina de funcionarios/representantes legales (Formulario N° 05) con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros socios de la empresa de acuerdo a la modalidad que corresponda (S.A., S.R.L., CISA)	Presenta
Copia simple de Cédula de identidad de los Representantes Legales	Presenta
Constancia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6388/19 inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1083/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la oferta hasta el 13 de octubre de 2021, como así también de la Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta el 13/11/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1167/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Exposición detallada de la composición de precios de los siguientes ítems: • Juego de collarines • 16. Sillón odontológico con accesorios	Presenta
Catálogo Técnico de los ítems ofertados mencionados en el punto anterior, señalando en los mismos el lugar donde se da cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1249/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021, como así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 31/12/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.	**No Presenta**
Se solicita según Nota DLIC 1262/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
• Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Equipos biomédicos y/o equipos médicos) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su	**No Presenta**

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dra. Andrea Díaz
Ginecó - Obstetricia

existencia como empresa. • Declaración Jurada de Estar de acuerdo que está plenamente de acuerdo y acepta en todos sus términos el presente Pliego de Bases y Condiciones y las aclaraciones que en consecuencia sean emitidas y que lo acepta en todos sus términos. • Declaración Jurada donde manifiesta que los bienes ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y que los mismos serán entregados de conformidad al Plan de Entregas. • **Autorización del fabricante:** Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. **(PARA LOS ÍTEMS 4 Y 16). Asimismo, se solicita aclaración referente a la marca de los productos ofertados.** • Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no remanufacturados. • El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Limites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa. • Certificados que acrediten contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados (en el caso de equipos médicos). • Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado. • Declaración Jurada de compromiso de presentar la garantía técnica de los bienes ofertados en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. • Balance de los tres últimos años 2016-2017-2018.	

4. ARGON S.R.L.

Se solicita según Nota DLIC 282/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Presenta
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	Presenta
Nómina de funcionarios/representantes legales (Formulario N° 05) con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros socios de la empresa de acuerdo a la modalidad que corresponda (S.A., S.R.L., CISA)	Presenta
Copia simple de Cédula de identidad de los Representantes Legales	Presenta

Se solicita según Nota DLIC 1086/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la oferta hasta el 13 de octubre de 2021, como así también de la Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta el 13/11/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones	Presenta

Se solicita según Nota DLIC 1166/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Exposición detallada de la composición de precios de los siguientes ítems: • Camilla ginecológica • Carro de medicamentos • 15. Estufa de esterilización • 17. Estufa odontológica de esterilización • 18. Equipo ecógrafo portátil • 19. Electrocardiógrafo	Presenta
Catálogo Técnico de los ítems ofertados mencionados en el punto anterior, señalando en los mismos el lugar donde se da cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas.	Presenta

Se solicita según Nota DLIC 1249/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021, como así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 31/12/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones	Presenta

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico Cirujano
Reg. Prof. 7910

Abog. Silvio Ruiz Díaz

Públicas" y sus reglamentaciones.	
Se solicita según Nota DLIC 1261/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
• Declaración Jurada de Estar de acuerdo que está plenamente de acuerdo y acepta en todos sus términos el presente Pliego de Bases y Condiciones y las aclaraciones que en consecuencia sean emitidas y que lo acepta en todos sus términos. • Declaración Jurada donde manifiesta que los bienes ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y que los mismos serán entregados de conformidad al Plan de Entregas. • Para los **representantes o distribuidores**, **Declaración Jurada** de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por fabricantes, de las **marcas EDAN Y GEMMY.** • Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no remanufacturados. • El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Limites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa. • Certificados que acrediten contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados (en el caso de equipos médicos). • Declaración Jurada de compromiso de presentar la garantía técnica de los bienes ofertados en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. • Exposición detallada de la composición de precios de los ítems: 1, 2, 7, 29, 30 y 31.	Presenta
5. FALCON CISA	
Se solicita según Nota DLIC 281/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Presenta
Constancia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6388/19 inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1082/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la oferta hasta el 13 de octubre de 2021, como así también de la Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta el 13/11/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1082/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Exposición detallada de la composición de precios de los siguientes ítems: • 23. Equipo de rayos X portátil • 24. Aspirador de Secreciones • 36. Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	Presenta
Catálogo Técnico de los ítems ofertados mencionados en el punto anterior, señalando en los mismos el lugar donde se da cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1248/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021, como así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 31/12/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1265/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
• **Autorización del fabricante:** Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, **(ítem 24)** o; • **Para los representantes o distribuidores:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el	Presenta

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dra. Andrea
Clínica

Abog. Olivia Ruiz Díaz

fabricante **(ítems 23, 24 y 36).** • Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. • Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado.	
6. ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 1081/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la oferta hasta el 13 de octubre de 2021, como así también de la Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta el 13/11/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1170/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Exposición detallada de la composición de precios de los siguientes ítems: • 15. Estufa de esterilización • 18. Equipo ecógrafo portátil • 19. Electrocardiógrafo • 24. Aspirador de Secreciones • 30. Oxímetro de Pulso	Presenta
Catálogo Técnico de los ítems ofertados mencionados en el punto anterior, señalando en los mismos el lugar donde se da cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1247/2021	
Documento / Aclaración	
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021, como así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 31/12/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1266/2021	
Documento / Aclaración	
Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado.	
7. CATETERES & AFINES	
Se solicita según Nota DLIC 279/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	Presenta
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancarios	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1080/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la oferta hasta el 13 de octubre de 2021, como así también de la Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta el 13/11/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1253/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021, como así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 31/12/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1263/2021	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
• Exposición detallada de la composición de precios de los ítems: 9, 13, 14, 19 y 29	Presenta

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de la respuesta por parte del oferente.

Con relación a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.A.**, el Comité de Evaluación mediante Nota DLIC N° 278/21, remitida al correo oficial declarado en su formulario de ofertas; solicitó documentaciones de carácter formal. La firma comercial no ha dado respuesta a lo solicitado.

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Con relación a la empresa **SIEGEN S.A.,** el Comité de Evaluación mediante Nota DLIC N° 1249/21, remitida al correo oficial declarado en su formulario de ofertas; solicitó Extensión de la Validez de la Oferta hasta el 30 de noviembre de 2021 y la garantía de mantenimiento de ofertas hasta el 31 de diciembre de 2021. La firma comercial, no ha dado respuesta a lo solicitado.

No esta demás traer a colación la "Resolución DNCP N° 2490/19, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO REQUERIDAS PARA LAS COMULACIONES, NOTIFICACIONES, ACLARACIONES Y CONSULTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03. "Artículo N° 2. Responsabilidad. El oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas óptimas el acceso a su correo electrónico. Artículo N° 3. Uso. Las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la Convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación, así como las que se requieran para la suscripción de los contratos, podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico; Artículo N° 7. Cómputo de Plazos. El cómputo de los plazos será desde el día siguiente de la remisión, sin necesidad de acuse de recibo, Artículo N° 8 Contestación del Oferente. La respuesta del oferente a las solicitudes realizadas por la convocante, serán contestadas al correo electrónico desde el cual fue remitida la solicitud.

En tal sentido, ante la evidente falta del oferente, se **DESESTIMA** la oferta de **SIEGEN S.A.** por no cumplir con la presentación de un documento sustancial, constituido como tal, según el artículo 61 del Decreto N° 2992/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, «DE CONTRATACIONES PÚBLICAS», Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".

Asimismo, se **DESESTIMA** la oferta de la firma **DENTAL GUARANÍ S.A.**, por no cumplir con la presentación de la documentación formal solicitada.

3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

Se elaboró el Cuadro Comparativo de Ofertas por cada Ítem ofertado, con las empresas facultadas para proseguir con la evaluación, considerando el sistema de adjudicación. Se anexa el cuadro al presente Informe de Evaluación. **(ANEXO I)**

CORRECCIONES ARITMÉTICAS

No se precisan correcciones aritméticas.

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Empresa	ÍTEMS	< -25%	> 15%
ARGON S.R.L.	ÍTEM 2		80%
	ÍTEM 3		363%
	ÍTEM 7		456%
	ÍTEM 29		91%
	ÍTEM 30		329%
	ÍTEM 31		317%
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	ÍTEM 18	-69%	
	ÍTEM 19	-29%	
CATETERES & AFINES S.A.	ÍTEM 9		744%
	ÍTEM 13		1.220%
	ÍTEM 14		1.000%
	ÍTEM 19		45%
	ÍTEM 29		40%

Con respecto a la composición de los ítems detallados en el cuadro precedente, el comité de evaluación a través de las notas detalladas en el numeral 2 de este informe, solicitó la composición de precios. Las empresas han remitido la información dentro del plazo solicitado.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dra. Andrea [illegible]
Ginecó - Obstetricia
Reg. [illegible]

Este comité, luego de la revisión y verificación de los mismos, determina que éstos **(a excepción del ítem 19 de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.)** se desvían significativamente del precio referencial, y se alejan sustancialmente de los parámetros establecidos en las normativas vigentes que regulan la estimación de precios. Motivo por el cual, y con un criterio de razonabilidad, los precios del cuadro anterior **(a excepción del ítem 19…)**, propuestos por ARGON S.R.L., BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. y CATETERES & AFINES S.A. resultan inaceptables e inaplicables para una posible recomendación de adjudicación. Esto, salvaguardando los intereses y recursos del Estado, evitando compras que supongan sobrecostos mayores a los establecidos en la reglamentación vigente.

La desestimación de la oferta para los ítems citados, se sustenta en la Resolución DNCP N° 1890/2020, que en su Art. 4° establece: "*El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional*".

Por otra parte, el **ítem 19** ofertado por la firma **BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.** será considerado para proseguir con la evaluación, puesto que la explicación presentada, satisface a este comité y se acepta el precio. Atendiendo a que, comprende los costos de producción, gastos administrativos, de logística y mantenimiento, además, impuestos y ganancias; resultando razonable, ventajoso y aplicable lo propuesto.

Con relación a los demás ítems que se enmarcan dentro de los parámetros de la legislación vigente, de las empresas **ARGON S.R.L. y BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.** prosiguen en evaluación. Asimismo, la oferta de la firma **CATETERES & AFINES S.A.** ya no será tenida en cuenta para la evaluación de los demás criterios, puesto que todos los ítems cotizados han sido desestimados.

Por lo expuesto, se prosigue con la evaluación, de las demás ofertas.

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES

Existe **una sola empresa que presenta oferta de bienes de marca Nacional** (Argón S.R.L. ítems 2, 3, 7, 8 y 10), según se visualiza en el Cuadro Comparativo de Ofertas. Además, no presenta el CPEN correspondiente, motivo por el cual, **NO SE APLICA** este criterio.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS

Este criterio no se aplica, no se registran empates de precios.

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES Y FORMALES

Según lo establecido en las bases y condiciones del llamado, se verificó la presentación y cumplimiento de los siguientes documentos:

REF.	EMPRESA	CONSTANCIA SIPE N°
1	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	1634091
2	ARGON S.R.L.	1634182
3	FALCON CISA	1634104
4	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.	1634141

CRITERIO	ABREVIATURA
Cumple	C
No cumple	NC
No presenta	NP
No Aplica	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	1	2	3	4
Formulario de Oferta (*)	C FS. 1/2	C FS. 1/3	C FS. 1/3	C FS. 1/3
Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C FS. 3/5	C FS. 4/7	C FS. 5/7	C FS. 4/6
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	C SIPE	C SIPE	C SIPE	C SIPE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	C SIPE	C	C FS. 12	C FS. 40
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	N/A	N/A(*)	N/A	N/A

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

Abog. Olivia Ruiz Díaz

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	1	2	3	4
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	C AI N° 1879	C SIPE	C FS 26	C FS. 10
8. Documentos legales				
8.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
8.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	C FS. 7/11	C SIPE	C SIPE	C SIPE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	C SIPE	C SIPE	C SIPE	C SIPE
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	C FS. 12	C SIPE	C SIPE	C FS.42
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	C	C SIPE	C SIPE	C SIPE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	C FS. 13	C	C	C FS. 9
Patente municipal vigente	C SIPE	C SIPE	C SIPE	C FS. 41
8.3 Oferentes en Consorcio.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Cualquier otro documento adicional requerido.				
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario	C SIPE	C SIPE	C FS 25	C SIPE
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal (Formulario N° 05), con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales	C	C Nota Respuesta	C FS. 26/29	C FS. 42/44
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia	**N/A**	**N/A(*)**	**N/A**	**N/A**

N/A(*): en el sitio web oficial del Ministerio de Industria y Comercio, no se encuentran certificados correspondientes a los productos nacionales ofertados por la firma ARGON S.R.L.

5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	ARGON S.R.L.	FALCON CISA	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Equipos biomédicos y/o equipos médicos) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	C Nota Respuesta	C FS. 9/24	C FS. 16/23	C FS. 64/67
Declaración Jurada de Estar de acuerdo que está plenamente de acuerdo y acepta en todos sus términos el presente Pliego de Bases y Condiciones y las aclaraciones que en consecuencia sean emitidas y que lo acepta en	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C FS. 24	C FS. 11

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

ADOG. Olivia Ruiz Díaz
Ginecó - Obstetricia
Reg. 9865

REQUISITOS DOCUMENTALES	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	ARGON S.R.L.	FALCON CISA	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.
todos sus términos.				
Declaración Jurada donde manifiesta que los bienes ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y que los mismos serán entregados de conformidad al Plan de Entregas.	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C FS. 30	C FS. 45
Autorización del fabricante: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio.	C Nota Respuesta MARCA HERSILL, S.L. MARCA ARI MEDICAL	C MARCA EDAN FS. 29-34 MARCA GEMMY FS. 35-43 MARCA ESTRELLA N/A POSEE REGISTRO DE MARCA	C ITEM 23 FS. 31-32 ITEM 36 FS. 44-45 ***NC** **ITEM 24 MARCA DEVILBISS**	C FS. 46-57
Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o;	C Nota Respuesta ITEM 24, 26 Y 36 (HERSILL, S.L.) ITEMS 18, 19 Y 29 (ARI MEDICAL)	C Nota Respuesta	***NC** **Nota Respuesta 15/10/21**	C FS. 68
Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no remanufacturados	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C FS. 58
El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Limites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C FS. 57	C FS. 59
Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos.	C Nota Respuesta	C FS. 25-26	C Nota Respuesta	C FS. 60-61
Certificados que acrediten contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados (en el caso de equipos médicos)	***NC** **Nota Respuesta 15/10/21**	C Nota Respuesta	C FS. 57	C FS. 62
Catálogo Técnico del equipo ofertado.	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta
Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado	C Nota Respuesta	C EDAN FS. 30 GEMMY FS. 39	C ITEM 23 Nota Respuesta ***NC** **ITEM 24** **No presenta** C ITEM 36 Nota Respuesta	C Nota Respuesta
Declaración Jurada de compromiso de presentar la garantía técnica de los bienes ofertados en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato	C Nota Respuesta	C Nota Respuesta	C FS. 59	C FS. 63

Con relación a la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.,** el Comité de Evaluación mediante Nota DLIC N° 1264/21, remitida al correo oficial declarado en su formulario de ofertas; solicitó la presentación de *"Certificados que acrediten contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados (en el caso de equipos médicos)"*. La firma comercial, en su respuesta ha presentado una declaración jurada por la cual se compromete a *"...presentar para la firma del contrato certificado que acredite contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico de las marcas ofertadas en caso de resultar adjudicado"*.

En tal sentido, dicho documento es requerido para la evaluación de las ofertas, de modo a garantizar que el oferente cuenta con la debida capacidad técnica. Atendiendo a que las bases y condiciones no contemplan la presentación de documentaciones a posteriori de la adjudicación, lo remitido por la firma **BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. <u>NO CUMPLE</u>**, debido a que no se ajusta al requisito del PBC. Se procede a **<u>DESESTIMAR</u>** su oferta.

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz
Reg. 9865

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof 7919

Con relación a la empresa **FALCON COM. E IND. S.A.**, el Comité de Evaluación mediante Nota DLIC N° 1265/21, remitida al correo oficial declarado en su formulario de ofertas; solicitó la presentación de ciertos documentos relacionados a la capacidad técnica para los ítems 23, 24 y 36; detallados en el numeral 2 de este informe.

Entre los documentos requeridos, se solicitó: "Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante". La firma en respuesta ha presentado una declaración jurada donde el Señor Rodolfo Darío Arce Godoy, en representación de FALCON COM E IND S.A., declara bajo fe de juramento que: *"FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. posee la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante, de los bienes ofertados para los siguientes ítems 23, 24 y 36".*

En tal sentido, dicho documento es solicitado para la evaluación de las ofertas, de modo a garantizar que el oferente cuenta con la debida capacidad técnica. Atendiendo a que el requerimiento claramente establece que la Declaración Jurada debe ser otorgada por el fabricante, se evidencia el incumplimiento del oferente, quien con una declaración jurada en su propio nombre avala el cumplimiento de este requisito. Por tanto, lo remitido por la firma **FALCON COM. E IND. S.A. NO CUMPLE**, debido a que no se ajusta al requisito del PBC. Se procede a **DESESTIMAR** su oferta para los ítems 23, 24 y 36.

Detalle del cálculo de experiencia requerida:

FIRMAS OFERENTES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL AÑO 2016	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL AÑO 2017	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL AÑO 2018	TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS / FACTURACIÓN DE VENTA / RECEPCIONES FINALES DE BIENES SIMILARES	MONTO OFERTADO	50% COMO MÍNIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO	CUMPLE/ NO CUMPLE
ARGON S.R.L.	1.095.601.002	1.390.117.975	2.703.964.918	5.189.683.895	807.190.000	403.595.000	**CUMPLE**
ALTAS TECNOLOGIAS S.A.	82.484.325	0	140.000.000	222.484.325	248.399.000	124.199.500	**CUMPLE**

6. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITO
Deberán cumplir con el siguiente parámetro: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos años 2016-2017-2018. b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos años 2016-2017-2018. c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos años 2016-2017-2018, no deberá ser negativo.

EMPRESAS	CUMPLE/NO CUMPLE
ARGON S.R.L.	CUMPLE
ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.	CUMPLE

El Comité de Evaluación procede a solicitar al Departamento de Asesoría Jurídica - DOC la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

EMPRESA	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
ARGON S.R.L.	RATIO DE LIQUIDEZ	6,05	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,16	CUMPLE
	RENTABILIDAD	3,51	CUMPLE
ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.	RATIO DE LIQUIDEZ	2,27	CUMPLE

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico Cirujano
Reg. Prof. 7919

Silvia Ruiz Díaz
Reg. 9855

	ENDEUDAMIENTO	0,18	CUMPLE
	RENTABILIDAD	0,70	CUMPLE

El detalle de los cálculos realizados, según DICTAMEN FINANCIERO A.T./DOC N° 26/2021 se podrá visualizar conforme al **(ANEXO II)**

7. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado, se realizó el análisis del cumplimiento de las especificaciones ofertadas. A continuación, se presenta un resumen de lo evaluado, únicamente de los ítems pasibles de adjudicación; detalle del análisis según el informe técnico:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CATÁLOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE	OFERENTES
8	Camilla ginecológica	Camilla fija para inspección ginecológica. **MARCA: ESTRELLA** **MODELO: CG-01** **PROCEDENCIA: NACIONAL** **AÑO DE FABRICACIÓN: 2021** **Características Técnicas mínimas:** Construcción en acero reforzado. Tapizado de gran densidad, espuma de poliuretano forrado en cuerina lavable. Taloneras y pierneras en acero inoxidable. Cabecero y piecero articulado mediante cremallera. Cubeta para restos. Estructura en acero esmaltado. Reposapiernas tapizado. Regatones de goma antideslizante en las cuatro patas Medidas: 1,90m de largo x 0,70m de ancho y 0,85m de altura. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de +/- 0,05m. Capacidad de 180Kg como mínimo Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE PRESENTA	ARGON S.R.L.
10	Carro para curaciones	Carro de Medicamentos, Mesa auxiliar de acero inoxidable con cajones para almacenamiento de medicamentos. **MARCA: ESTRELLA** **MODELO: CC-01** **PROCEDENCIA: NACIONAL** **AÑO DE FABRICACIÓN: 2021** Con ruedas de diámetro 0,75 mm o más, con parachoques y dos con frenos Garantía de un año, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE PRESENTA	ARGON S.R.L.
15	Estufa para esterilización	**MARCA: ARI MEDICAL** **MODELO: GRF** **PROCEDENCIA: CHINA** **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario. Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 3 o más bandejas. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento. Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización. Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual/acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura en un indicador analógico o digital. Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Volumen de la cámara de esterilización 20 a 30 litros. Capacidad de	CUMPLE PRESENTA	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano

Abog. Olivia Ruiz Díaz

		contención de bandejas: 3 o más bandejas. Timer de operación 0 a 240 min./operación continua. Termostato regulable entre 30ºC y 220º C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en cámara: 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 – 380 V/50 Hz. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. Certificado de calidad e inspección técnica. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución		
17	Estufa para esterilización	**MARCA: GEMMY** **MODELO: YCO -010** **PROCEDENCIA: TAIWAN** **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario. Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 3 o más bandejas. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento. Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización. Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual/acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura en un indicador analógico o digital. Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Volumen de la cámara de esterilización 20 a 30 litros. Capacidad de contención de bandejas: 3 o más bandejas. Timer de operación 0 a 240 min./operación continua. Termostato regulable entre 30ºC y 220º C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en cámara: 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 – 380 V/50 Hz. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. Certificado de calidad e inspección técnica. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE PRESENTA	ARGON S.R.L.
18	Ecógrafo	Ecógrafo portátil obstétrico y abdominal con traductor transvaginal **MARCA: EDAN** **MODELO: DVS 60** **PROCEDENCIA: CHINA** **AÑO DE FABRICACIÓN: 2020** Los equipos ofertados deben contar con Certificaciones ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de	CUMPLE PRESENTA	ARGON S.R.L.

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof 7910

Dra. Anuja
Cirugía

Abog. Olivia Ruiz Díaz

		MERCOSUR o al menos uno de ellos. Seguridad eléctrica acorde a normas. Unidad portátil y compacta con tecnología de barrido lineal, anular y arreglo curvo. La tecnología anular se refiere a uno de los parámetros del equipo. Se pueden ofertar equipos con barrido anular o mejor. Componentes electrónicos c/ tecnología FPGA (Field Programable Array) o similar. Coprocesador de cálculos. Modo de operación: B,M, B/B, 4B y B/M, seleccionable en forma independiente. Teclado alfanumérico iluminado para diálogo interactivo con el monitor. Software. Tissue Harmonic Imaging Función Chroma Función clipboard PDF report DICOM Completo digital de haz Focalización múltiple seleccionable, con optimización automática de profundidad. Transductores lineales de frecuencia para exámenes abdominales y gineco-obstétricos. Sistema de documentación a través de una videoimpresora térmica o similar. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Se podrá ofertar transductores que superen los límites establecidos. Transductor de arreglo lineal de 5-12 Mhz de la frecuencia Transductor convexo de 2 a 5 Mhz de la frecuencia o mejor rango. Transductor convexo endocavitario 4-9 Mhz de la frecuencia y con un angulo 125° de visión o mayor. Monitor de 12" como mínimo Velocidad de barrido y procesamiento: para imagen real. Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz. - El oferente deberá proveer toda la información necesaria en idioma Español donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. - Direcciones web, correo electrónico y nombre de contacto del representante del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado. - La empresa deberá instalar los equipos dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde serán utilizados. - La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal Médico y de Enfermería. - La empresa deberá realizar capacitación a los médicos que utilizaran el equipo. - Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. - Mant. Preventivo del equipo durante la garantía s/ protocolo del fabricante. - Mant. Correctivo del equipo durante la garantía s/ protocolo del fabricante.		
19	Electrocardiógrafo	**MARCA: ARI MEDICAL** **MODELO: C 12B** **PROCEDENCIA: CHINA** Equipo digital portátil que adquiere, despliega, registra y almacena simultáneamente las 12 derivaciones electrocardiográficas y realiza su	CUMPLE PRESENTA	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dra. Anwer
Cirujano - Oftalmólogo

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano

Abog. Julio Ruiz Díaz

		interpretación con fines diagnósticos. Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Normas de calidad generales: ISO 13485. Pantalla. Tecnología LCD. A colores. De 800 (o más) x 380 (o más) pixeles. Tamaño diagonal de 7" o más. Que muestre las doce derivaciones simultáneamente e indique la frecuencia cardiaca del paciente. Adquisición de derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. 12 canales de adquisición simultanean. Respuesta en frecuencia de 0.05 Hz o menos a 150 Hz o más. Impedancia de entrada: >50 M? o más. Relación de rechazo en modo común: 100 dB o más. Indicación de desconexión de electrodo. Filtros. Corriente de línea (50 Hz). Miografía. Corrimiento de línea de base. Impresora: Térmica. Papel tipo Z con 210 mm de ancho. Velocidad de impresión: 10 (o 12.5), 25 y 50 mm/s (como mínimo). Sensibilidad: 2,5, 5, 10, 20 mm/mV (como mínimo). Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía. Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos de paciente. Protección contra desfibrilación: hasta 12.000V, 360 J. Batería interna recargable con autonomía de al menos 30 minutos. Cargador de batería interno o externo. Indicador visual del estado de carga de la batería. Alimentación eléctrica: 220 VAC ± 10% / 50Hz. Con toma de alimentación eléctrica tipo Schusko. Accesorios (la cantidad de accesorios es mínima por cada equipo). Cable paciente original con sus respectivos electrodos (pinzas y precordiales de succión). 3 (tres) juegos. Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajón. Cantidad: 1 (uno). Paquetes de papel térmico. Cantidad: 30 (treinta). Pote de gel para aplicaciones electrocardiográficas. Cantidad: 2 (dos) 500 gr.. Garantía escrita valida por 12 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación		
24	Aspirador de Secreciones	**MARCA: ARI MEDICAL** **MODELO: 23 BILL** **PROCEDENCIA: CHINA** Aspirador de Secreciones Mecánica Portátil Aspirador de secreciones fijo/portátil. **Aplicación:** para uso en extracción de líquidos biológicos corporales (secreciones y fluidos). Generales: aspirador de secreciones para uso fijo en la ambulancia, pero con capacidad de transporte y autonomía mediante batería interna. Aplicación: para ser utilizado en forma portátil en un medio de transporte. Generales: portátil de tipo no rodable. Peso no mayor de 5 kg. Indicador de presión negativa. Presión regulable manualmente. Bomba de vacío de bajo nivel de ruido. Capacidad de succión no menor a 20 lts/min. Frasco colector: un frasco colector con tapón a presión y capacidad total de 800 ml como mínimo, de plástico transparente con escala de medida y esterilizable en autoclave con dispositivo de seguridad de rebalse o sobreflujo. **Accesorios** 1(un) frasco colector con el aspirador mas 1 (un) frasco colector de repuesto. 10 (diez) cánulas de succión adultos esterilizables. 10 (diez) cánulas de succión pediátricos esterilizables. Energía Conector a energía de 12 Volt. Conector a energía de 220 Volt.	CUMPLE PRESENTA	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

Dra. Andrea
Clínica - Cirujana

Abog. Olivia Ruiz Díaz

		Batería interna para autonomía. Garantía de buen funcionamiento más mantenimiento y soporte técnico a cargo del proveedor por el término mínimo de 1 (un) año. Capacitación al personal operativo acerca del funcionamiento del equipo parte del proveedor. Garantía de provisión de repuestos por término mínimo de 5 (cinco) años. Manual del usuario en español. **Certificación:** certificados de calidad ISO 9001, CE, UL, TUV, normas del mercosur (por lo menos uno de ellos).		
30	Oxímetro de Pulso	**MARCA: ARI MEDICAL** **MODELO: MO - 100** **PROCEDENCIA: CHINA** Debe ser de pantalla LCD con definición de 128*64 mínimo. Debe informar en pantalla en tiempo real. Control de retro iluminación y poseer auto apagado. Medición de pulso y saturación de O2, con barra de pulso y Pletismograma. Debe poseer una autonomía mínima de 40hs de uso. Capacidad de ser utilizada con pilas alcalinas Deber se adaptable a sensores Nellcor y BCI DB9 Debe poseer alarma Visual y auditiva **Accesorio:** Estuche impermeable Debe incluir dos juegos de sensores para cada edad de paciente (adulto, pediátrico y neonatal) Baterías recargables Cargador de baterías con tomas de 220V y 12V (tipo cigarrera)	CUMPLE PRESENTA	ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

8. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

Las empresas participantes no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, ***el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda***:

a) ***Declarar desiertos*** *los ítems 1, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 32, 33, 34 y 35, conforme al inciso a) del Art. 30 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*

b) ***Declarar desiertos*** *los ítems 4, 16, 23, 26, 29 y 36, conforme al inciso b) del Art. 30 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*

c) ***Declarar desiertos*** *los ítems 2, 3, 7, 9, 13, 14 y 31, conforme al inciso c) del Art. 30 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*

d) ***Adjudicar el presente Llamado***, a las siguientes empresas según el presente resumen:

ARGON S.R.L.

Ítem	Descripción el Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido) G.	MONTO TOTAL G.
8	Camilla ginecológica	Unidad	Unidad	ESTRELLA	PARAGUAY	4	5.700.000.-	22.800.000.-
10	Carro para curaciones	Unidad	Unidad	ESTRELLA	PARAGUAY	1	2.290.000.-	2.290.000.-
17	Estufa para esterilización	Unidad	Unidad	GEMMY	TAIWAN	1	12.600.000.-	12.600.000.-
18	Ecógrafo	Unidad	Unidad	EDAN	CHINA	1	150.000.000.-	150.000.000.-
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR Gs.								**187.690.000.-**
SON GUARANÍES: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL								

Woody Montiegra

Dra. Andrea Díaz
Ginecó - Obstetricia
Reg. 9865

Ing. Olivia Ruiz Di...

ALTAS TECNOLOGIAS S.A

Ítem	Descripción el Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido) G.	MONTO TOTAL G.
15	Estufa para esterilización	Unidad	Unidad	ARI MEDICAL	CHINA	2	8.989.000.-	17.978.000.-
19	Electrocardiógrafo	Unidad	Unidad	ARI MEDICAL	CHINA	1	14.499.000.-	14.499.000.-
24	Aspirador de Secreciones	Unidad	Unidad	ARI MEDICAL	CHINA	8	5.489.000.-	43.912.000.-
30	Oxímetro de Pulso	Unidad	Unidad	ARI MEDICAL	CHINA	20	1.100.000.-	22.000.000.-
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR Gs.								**98.389.000.-**
SON GUARANÍES: NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL								

RESUMEN FINAL:

N°	EMPRESAS	ÍTEMS	MONTO TOTAL G.
1	ARGON S.R.L.	8, 10, 17, 18	187.690.000.-
2	ALTAS TECNOLOGIAS S.A.	15, 19, 24, 30	98.389.000.-
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR Gs.			**286.079.000.-**
SON GUARANÍES: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL			

Este informe concluye en fecha 03 de noviembre del 2021, debido a la complejidad del llamado y de los bienes a ser adquiridos. Cabe mencionar que, a lo largo del proceso de evaluación de ofertas, se han cursado varias notas a los oferentes, así como a otras dependencias; de modo a solicitar aclaraciones y dilucidar dudas que se creyó conveniente esclarecer. Además, la situación epidemiológica por la que atravesamos a inicios de esta evaluación, ha provocado que varias dependencias de esta institución trabajen en cuadrillas, así como el aislamiento de los funcionarios debido al contagio masivo; provocando que los procesos internos se vean afectados y ralentizados.

Sr. Woody Monteggia
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Abg. Olivia Ruiz Díaz
Dirección General de Administración y Finanzas

Dra. Gloria Andrea Díaz
Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social

Dr. Ronald Segovia
Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPAMIENTOS BIOMÉDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S." - ID N° 347.139

							ARGON S.R.L.					BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.					CATETERES & AFINES S.A.				
Ítem	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario Referencial	Precio Total Referencial	Marca	Procedencia	Precio (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)	% Variac.	Marca	Procedencia	Precio (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)	% Variac.	Marca	Procedencia	Precio (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)	% Variac.
1	Silla de ruedas	Unidad	Unidad	2	750.000	1.500.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2	Camilla con ruedas	Unidad	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	ESTRELLA	PARAGUAY	4.500.000	9.000.000	80	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Camilla fija	Unidad	Unidad	12	540.000	6.480.000	ESTRELLA	PARAGUAY	2.500.000	30.000.000	363	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Collar ortopedico	Unidad	Unidad	3	800.000	2.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
6	Laringoscopio adulto	Unidad	Unidad	2	580.000	1.160.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
7	Lampara de exploracion	Unidad	Unidad	5	450.000	2.250.000	ESTRELLA	PARAGUAY	2.500.000	12.500.000	456	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Camilla ginecologica	Unidad	Unidad	4	5.000.000	20.000.000	ESTRELLA	PARAGUAY	5.700.000	22.800.000	14	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Caja de procedimiento gineco-obstetrico	Unidad	Unidad	2	800.000	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NOPA	ALEMANIA	6.750.000	13.500.000	744
10	Carro para curaciones	Unidad	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	ESTRELLA	PARAGUAY	2.290.000	2.290.000	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Cuna	Unidad	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
12	Juego de halo cefalico	Unidad	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
13	Kit de instrumental ginecologico	Unidad	Unidad	4	500.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NOPA	ALEMANIA	6.600.000	26.400.000	1.220
14	Caja de procedimiento gineco-obstetrico	Unidad	Unidad	4	500.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NOPA	ALEMANIA	5.500.000	22.000.000	1.000
15	Estufa para esterilizacion	Unidad	Unidad	2	11.000.000	22.000.000	GEMMY	TAIWAN	12.600.000	25.200.000	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Sillon odontologico	Unidad	Unidad	1	40.000.000	40.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Estufa para esterilizacion	Unidad	Unidad	1	11.000.000	11.000.000	GEMMY	TAIWAN	12.600.000	12.600.000	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Ecografo	Unidad	Unidad	1	200.000.000	200.000.000	EDAN	CHINA	150.000.000	150.000.000	-25	ARI MEDICAL	CHINA	62.965.980	62.965.980	-69	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Electrocardiografo	Unidad	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	EDAN	CHINA	21.800.000	21.800.000	15	ARI MEDICAL	CHINA	13.492.710	13.492.710	-29	BIOLIGHT	CHINA	27.500.000	27.500.000	45
20	Microscopio binocular	Unidad	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
21	Agitador basculante de laboratorio	Unidad	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
22	Macrocentrifugadora	Unidad	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
23	Equipo de rayos X portatil	Unidad	Unidad	1	200.000.000	200.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Aspirador de Secreciones	Unidad	Unidad	8	6.160.000	49.280.000	GEMMY	TAIWAN	7.000.000	56.000.000	14	HERSILL	ESPAÑA	7.084.000	56.672.000	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Chaleco de Extricación	Unidad	Unidad	10	1.680.000	16.800.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
26	Sistema Regulador de Oxigeno para Balón	Frasco	Unidad	40	896.000	35.840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	HERSILL	ESPAÑA	1.030.400	41.216.000	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Juego de Férulas	Unidad	Unidad	20	1.680.000	33.600.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
28	Video Laringoscopio	Unidad	Unidad	15	1.680.000	25.200.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
29	Monitor Multiparamétrico	Unidad	Unidad	8	15.680.000	125.440.000	EDAN	CHINA	30.000.000	240.000.000	91	ARI MEDICAL	CHINA	18.032.000	144.256.000	15	BIOLIGHT	CHINA	22.000.000	176.000.000	40
30	Oximetro de Pulso	Unidad	Unidad	20	1.400.000	28.000.000	EDAN	CHINA	6.000.000	120.000.000	329	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Laringoscopio - SET	Unidad	Unidad	15	1.680.000	25.200.000	MEDICAL DEVICES	PAKISTÁN	7.000.000	105.000.000	317	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Férula	Unidad	Unidad	10	8.400.000	84.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	10	4.480.000	44.800.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
34	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	10	3.920.000	39.200.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
35	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	5	3.920.000	19.600.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
36	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	Unidad	Unidad	5	84.000.000	420.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	HERSILL	ESPAÑA	71.000.000	355.000.000	-15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
						1.532.350.000				**807.190.000**					**673.602.690**					**265.400.000**	

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédico
D.G.G.I.E.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Prof 7919

Dra. Andrea
Gineco - Obstetricia

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 65/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPAMIENTOS BIOMÉDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S." - ID Nº 347.139

							ALTAS TECNOLOGIAS S.A.					FALCON COM. E IND. S.A.				
Ítem	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario Referencial	Precio Total Referencial	Marca	Procedencia	Precio (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)	% Variac.	Marca	Procedencia	Precio (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)	% Variac.
1	Silla de ruedas	Unidad	Unidad	2	750.000	1.500.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2	Camilla con ruedas	Unidad	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Camilla fija	Unidad	Unidad	12	540.000	6.480.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Collar ortopedico	Unidad	Unidad	3	800.000	2.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
6	Laringoscopio adulto	Unidad	Unidad	2	580.000	1.160.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
7	Lampara de exploracion	Unidad	Unidad	5	450.000	2.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Camilla ginecologica	Unidad	Unidad	4	5.000.000	20.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Caja de procedimiento gineco-obstetrico	Unidad	Unidad	2	800.000	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Carro para curaciones	Unidad	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Cuna	Unidad	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
12	Juego de halo cefalico	Unidad	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
13	Kit de instrumental ginecologico	Unidad	Unidad	4	500.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Caja de procedimiento gineco-obstetrico	Unidad	Unidad	4	500.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Estufa para esterilizacion	Unidad	Unidad	2	11.000.000	22.000.000	ARI MEDICAL	CHINA	8.989.000	17.978.000	-18	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Sillon odontologico	Unidad	Unidad	1	40.000.000	40.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Estufa para esterilizacion	Unidad	Unidad	1	11.000.000	11.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Ecografo	Unidad	Unidad	1	200.000.000	200.000.000	ARI MEDICAL	CHINA	150.010.000	150.010.000	-25	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Electrocardiografo	Unidad	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	ARI MEDICAL	CHINA	14.499.000	14.499.000	-24	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Microscopio binocular	Unidad	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
21	Agitador basculante de laboratorio	Unidad	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
22	Macrocentrifugadora	Unidad	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
23	Equipo de rayos X portatil	Unidad	Unidad	1	200.000.000	200.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	ALLENGERS	INDIA	220.000.000	220.000.000	10
24	Aspirador de Secreciones	Unidad	Unidad	8	6.160.000	49.280.000	ARI MEDICAL	CHINA	5.489.000	43.912.000	-11	DEVILBISS	USA	5.800.000	46.400.000	-6
25	Chaleco de Extricación	Unidad	Unidad	10	1.680.000	16.800.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
26	Sistema Regulador de Oxigeno para Balon	Frasco	Unidad	40	896.000	35.840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Juego de Férulas	Unidad	Unidad	20	1.680.000	33.600.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
28	Video Laringoscopio	Unidad	Unidad	15	1.680.000	25.200.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
29	Monitor Multiparamétrico	Unidad	Unidad	8	15.680.000	125.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Oximetro de Pulso	Unidad	Unidad	20	1.400.000	28.000.000	ARI MEDICAL	CHINA	1.100.000	22.000.000	-21	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Laringoscopio - SET	Unidad	Unidad	15	1.680.000	25.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Férula	Unidad	Unidad	10	8.400.000	84.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	10	4.480.000	44.800.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
34	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	10	3.920.000	39.200.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
35	Tabla de alzado	Unidad	Unidad	5	3.920.000	19.600.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
36	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	Unidad	Unidad	5	84.000.000	420.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	MAGNAMED	BRASIL	92.400.000	462.000.000	10
						1.532.350.000				**248.399.000**					**728.400.000**	

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7919

Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 65/2019"

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPAMIENTOS BIOMÉDICOS PARA DEPENDENCIASL DEL M.S.P. Y B.S." – ID N° 347.139

INDICES FINANCIEROS

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2016-2017-2018)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2016-2017-2018)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos años -82016-2017-2018), no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 01 ARGÓN S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	16.429.574.139 / 2.213.651.262	7,42	21.295.367.036 / 5.579.144.672	3,82	22.615.851.415 / 3.267.827.402	6,92	6,05	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2.213.651.262 / 19.260.419.023	0,11	5.579.144.672 / 24.066.378.087	0,23	3.267.827.402 / 25.155.691.605	0,13	0,16	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	420.904.331 / 500.000.000	0,84	1.419.867.822 / 500.000.000	2,84	3.417.094.362 / 500.000.000	6,83	3,51	CUMPLE

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg Prof. 7919

LIC. ANICIA ROMERO
AUDIOFONOLOGA
D.O.C. - MSP Y BS

Dra. Andrea
Cirujana - Odontóloga

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 65/2019"

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPAMIENTOS BIOMÉDICOS PARA DEPENDENCIASL DEL M.S.P. Y B.S." – ID N° 347.139

INDICES FINANCIEROS

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2016-2017-2018)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2016-2017-2018)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos años -82016-2017-2018), no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 07 ALTAS TECNOLOGIAS S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	166.540.873 / 113.493.379	1,47	18.067.482 / 85.284.839	0,21	321.237.709 / 62.644.111	5,13	2,27	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	113.493.379 / 571.466.104	0,20	85.284.839 / 414.111.638	0,21	62.644.111 / 458.315.607	0,14	0,18	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	162.203.973 / 200.000.000	0,81	100.000.719 / 200.000.000	0,50	159.699.155 / 200.000.000	0,80	0,70	CUMPLE

WOODY J. MONTEGGIA ESVIZA
Jefe Sección de Depósito Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. RONALD SEGOVIA
Médico - Cirujano
Reg. Prof. 7916

LIC. ANICIA CROMERO
ASESORA TÉCNICA
D.O.C. MSP Y BS

Dra. Andrea [illegible]
Cirujano - [illegible]