L.P.N. Nº 44/2012 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA" – PLURIANUAL – ID Nº 246.413.-

INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS

18 DIC. 2012

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO:	EMPRESA ADJUDICADA:	CUMPLE O NO CUMPLE
2	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM- 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	5.451.996	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	1.775.696		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
3	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM- 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	5.451.996	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	1.775.696		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
4	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	8.724.100	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
5	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo	8.724.100	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

6	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	5.699.430	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	1.860.000		
	Cambio de la batería interna	2.224.430		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
7	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	5.699.430	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	1.860.000		
	Cambio de la batería interna	2.224.430		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
8	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
9	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
10	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

33	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
34	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
35	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
36	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
37	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
38	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
39	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
40	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
41	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
42	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédina

	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
43	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
44	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
45	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
46	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			

Ing. Ruben Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

47	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
48	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
49	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
50	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
51	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		

Téc. Sup. Adolfo Maidana
Director
Dirección Biomédica

	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
52	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
53	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
54	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
55	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
56	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
57	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
58	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
59	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
60	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	13.960.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

61	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	30.018.677	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
62	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: HILLROM Modelo: HR1000			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	7.045.500	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza general del equipo	0		
	Calibración	2.348.500		
	Verificación de los movimientos de la cama	0		
	Cambio de las llaves de conexión de movimientos.	0		
	Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos	12.870.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
63	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: HILLROM Modelo: HR1000			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	7.045.500	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza general del equipo	0		
	Calibración	2.348.500		
	Verificación de los movimientos de la cama	0		
	Cambio de las llaves de conexión de movimientos.	0		
	Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos	12.870.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
64	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: HILLROM Modelo: HR1000			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	7.045.500	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza general del equipo	0		
	Calibración	2.348.500		
	Verificación de los movimientos de la cama	0		
	Cambio de las llaves de conexión de movimientos.	0		
	Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos	12.870.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
65	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: HILLROM Modelo: HR1000			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	7.045.500	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza general del equipo	0		
	Calibración	2.348.500		
	Verificación de los movimientos de la cama	0		
	Cambio de las llaves de conexión de movimientos.	0		
	Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos	12.870.000		

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
66	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: HILLROM Modelo: HR1000			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	7.045.500	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza general del equipo	0		
	Calibración	2.348.500		
	Verificación de los movimientos de la cama	0		
	Cambio de las llaves de conexión de movimientos.	0		
	Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos	12.870.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
67	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	2.700.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	930.000		
	Cambio de la batería interna	2.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento			
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
68	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	2.700.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	930.000		
	Cambio de la batería interna	2.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento			
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
69	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	2.700.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	930.000		
	Cambio de la batería interna	2.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento			
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
70	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	2.700.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	930.000		
	Cambio de la batería interna	2.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento			
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
71	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	2.700.000	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Limpieza genral de equipo	0		

Tcnl. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	930.000		
	Cambio de la batería interna	2.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento			
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
72	**EQUIPO: DESFIBRILADOR** MARCA: PHILIPS MODELO: HERT START			
	Limpieza general del equipo	6.257.142	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Verificación del funcionamiento del equipo	0		
	Verificación de descarga del desfibrilador con equipo testeador de potencia y certificar las potencias de descarga	0		
	Limpieza de los electrodos (paletas) adultos y pediátricos	0		
	Cambio de los electrodos (paletas) si fuese necesario	4.250.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.007.143		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
73	**EQUIPO: DESFIBRILADOR** MARCA: PHILIPS MODELO: HERT START			
	Limpieza general del equipo	6.257.142	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Verificación del funcionamiento del equipo	0		
	Verificación de descarga del desfibrilador con equipo testeador de potencia y certificar las potencias de descarga	0		
	Limpieza de los electrodos (paletas) adultos y pediátricos	0		
	Cambio de los electrodos (paletas) si fuese necesario	4.250.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.007.143		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
74	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: VELA			
	Mantenimiento Preventivo	20.036.160	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	6.836.000		
	Cambio de la batería interna	3.900.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.224.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
75	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
76	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		

Lic. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
77	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: c 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
78	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: c 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
79	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
80	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
81	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT			

Téc. Sup. Adolfo [redacted]
Director
Dirección Biomédica

	MODELO: e 360			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
94	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	5.699.430	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	1.860.000		
	Cambio de la batería interna	2.224.430		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
95	**EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES** MARCA: DIXTAL MODELO: 2023			
	Calibración de todos los parámetros ó módulos del monitor	5.699.430	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Limpieza genral de equipo	0		
	Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface 2 (dos) juegos.	915.000		
	Cambio de latiguillos de ECG con su respectivo cable de interface, 2 (dos) juegos	700.000		
	Provisión de brazaletes 2 juegos de (PNI), Adulto, pediátro y neonatal.	1.860.000		
	Cambio de la batería interna	2.224.430		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
96	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
97	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
98	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
99	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
100	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	IMESE S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
101	**EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO** MARCA: VIASYS MODELO: AVCO			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	21.989.339	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Cambio de Kit de Mantenimiento	0		
	Calibración	0		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	11.400.000		
	Cambio de la batería interna	6.889.338		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	3.700.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
102	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo y Correctivo	8.724.100	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
103	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo y Correctivo	8.724.100	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
104	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo y Correctivo	8.724.100	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
105	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo y Correctivo	8.724.100	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
106	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			
	Mantenimiento preventivo y Correctivo	8.724.100	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
107	**Equipo: INCUBADORA** Marca: NATAL CARE STRX Modelo: CARE STRX			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

	Mantenimiento preventivo y Correctivo	8.724.100	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes	2.216.500		
	Calibración	0		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los filtros de aire (provisión de 5 para repuesto)	704.550		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	697.400		
	Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula)	1.500.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.365.650		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Certificación, el equipo debe estar verificado con un decibelímetro, en funcionamiento hasta 55 dB.	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
108	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	3.419.130	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	960.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	22.830		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
109	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	3.419.130	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	960.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	22.830		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
110	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	3.419.130	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	960.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	22.830		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
111	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	5.451.996	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	CUMPLE
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	1.775.696		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

112	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	5.451.996	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	1.775.696		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
113	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	5.451.996	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	1.775.696		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
114	**Equipo: SERVOCUNA** Marca: MEDIX Modelo: SM 401			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	5.451.996	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	**CUMPLE**
	Calibración del módulo de control de la temperatura	0		
	Cambio de la resistencia (Vela)	960.000		
	Cambio de la lámpara de inspección	58.300		
	Cambio de la lámpara de luminoterapia	560.000		
	Cambio de las ruedas de transporte	1.240.000		
	Cambio de los sensores de piel (provisión de 5 para repuesto)	858.000		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	1.775.696		
	Puesta en funcionamiento	0		
	Garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.			
115	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
116	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		

Téc. Sup. Adolfo Maldo
Director
Dirección Biomédic

	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
117	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
118	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: NEWPORT MODELO: e 360p			
	Mantenimiento Preventivo	1.800.000	**IMESE S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	8.000.000		
	Calibración	1.450.000		
	Limpieza general del equipo	0		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	19.500.000		
	Cambio de la batería interna	1.100.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	0		
	Limpieza interior y exterior	0		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	0		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
120	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: MAQUET MODELO: SERVO I			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	2.250.000	**SEMPRO S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	43.650.000		
	Calibración	2.250.000		
	Limpieza general del equipo	2.250.000		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	12.830.000		
	Cambio de la batería interna	4.430.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	2.250.000		
	Limpieza interior y exterior	2.250.000		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	4.550.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
121	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: MAQUET MODELO: SERVO I			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	2.250.000	**SEMPRO S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	43.650.000		
	Calibración	2.250.000		
	Limpieza general del equipo	2.250.000		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	12.830.000		
	Cambio de la batería interna	4.430.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	2.250.000		
	Limpieza interior y exterior	2.250.000		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	4.550.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
122	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: MAQUET SERIE40282			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	2.250.000	**SEMPRO S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	13.150.000		
	Calibración	2.250.000		
	Limpieza general del equipo	2.250.000		

Tec. Sup. Adolfo Maic...
Director
Dirección Biomé...

	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	10.130.000		
	Cambio de la batería interna	4.430.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	1.250.000		
	Limpieza interior y exterior	1.250.000		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.450.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
123	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: MAQUET SERIE40280			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	2.250.000	**SEMPRO S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	13.150.000		
	Calibración	2.250.000		
	Limpieza general del equipo	2.250.000		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	10.130.000		
	Cambio de la batería interna	4.430.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	1.250.000		
	Limpieza interior y exterior	1.250.000		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.450.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
124	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: MAQUET SERIE40281			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	2.250.000	**SEMPRO S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	13.150.000		
	Calibración	2.250.000		
	Limpieza general del equipo	2.250.000		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	10.130.000		
	Cambio de la batería interna	4.430.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	1.250.000		
	Limpieza interior y exterior	1.250.000		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.450.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			
125	**EQUIPO: VENTILADOR PULMONAR** MARCA: MAQUET SERIE40279			
	Mantenimiento preventivo y correctivo	2.250.000	**SEMPRO S.A.**	**CUMPLE**
	Cambio de Kit de Mantenimiento	13.150.000		
	Calibración	2.250.000		
	Limpieza general del equipo	2.250.000		
	Cambio de Circuito Paciente, dejar 1 (uno) de repuesto tamaño adulto, neonatal y pediátrico cada uno	10.130.000		
	Cambio de la batería interna	4.430.000		
	Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	1.250.000		
	Limpieza interior y exterior	1.250.000		
	Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada	2.450.000		
	Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.			

SR. ADOLFO MALDONADO
DIRECCIÓN BIOMÉDICA - DGGIES

18 DIC. 2012