UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

ANEXO AL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

DEL LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

El Comité de Evaluación de la Facultad de Ciencias Químicas, cumple en informar en referencia a la Nota DNCP/DNC Nº 20684/2015 recibida en la Institución, acerca del Expediente de Adjudicación ID Nº 290331 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO", manifiesta lo siguiente:

1. Respecto a los errores aritméticos:
Se le remitió nota a la empresa Biotec del Paraguay S.R.L. haciéndole notar dicho error y tuvimos la contestación al respecto, que obra en nuestro poder.

2. Los ítems 4, 5, 7, 8 aclaramos lo siguiente:

Ítem 4. La empresa adjudicada cumple con las siguientes características solicitadas en las especificaciones técnicas:

- Capacidad 220g; Resolución 0.01mg; Repetibilidad 0,0007mg; Tiempo de estabilización 2,5mg; Peso mínimo 1,4mg; Peso mínimo USP 14mg; Manejo sin contacto (sensores infrarrojos); Pantalla gráfica en color y manejo táctil; Ajuste interno totalmente automático con prueba de sensibilidad y control de temperatura; cable de alimentación especifico del País; Pesa OIML calibradas con certificados de calibración necesaria para el Laboratorio de Metrología.

Ítem 5. La empresa adjudicada cumple con las siguientes características solicitadas en las especificaciones técnicas:

- Capacidad 2.200g; Resolución 0.1g; Repetibilidad 0,01; Calibración interna automática; Interface RS232, USB, una opcional; Tiempo de estabilización 1s; Temperatura operación 10 a 30 °C; Pantalla táctil, color, gráfica; Pesa OIML calibradas con certificados de calibración necesaria para el Laboratorio de Metrología.

Ítem 7. La empresa adjudicada cumple con las siguientes características solicitadas en las especificaciones técnicas:

- Compensación de temperatura automática manual; El medidor registra de 0 a 200 mS; Almacén de hasta 100 registros para recuperación posterior; Pantalla LCD; Fuente de poder 230 VAC; Incluye estándares de calibración.

Ítem 8. La empresa adjudicada cumple con las siguientes características solicitadas en las especificaciones técnicas:

- Presenta programa de chequeo y servicio; entrada de muestra mediante capilar o punta de micro pipeta sistema de aspiración automática; Dispone de un control automático del volumen de reactivos de la botella de desechos; Pantalla de cristal líquido; Provisto de impresora térmica rápida de bajo ruido instalada en el equipo; Retiene en la memoria los datos medidos durante 10 minutos; Panel de teclado protegido contra humedad; Tecnología avanza de sensores; Reactivos de lavado y calibración en frascos individuales con reloj de tiempo real integrado; Conexión eléctrica 30V AC 50/60 Hz.

3. Se remite el cuadro comparativo de precio.

Es Informe complementario del Comité

San Lorenzo, 10 de setiembre de 2015

Lic. Heber Valenzuela
Jefe Dpto. Contabilidad

Lic. Celina Romero Velázquez
Jefe Dpto. Control Interno

Sr. Julio Sosa Brítez
Jefe Dpto. Presupuesto