INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"

Asunción, 01 de Noviembre de 2011.-

Señor
Milkos Bello, Director Administrativo
INERAM Juan Max Boettner

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente doy respuesta a lo solicitado en relación a la adquisión de equipos de Tomografía para nuestra Institución.
Analizando cada una de las marcas oferentes, le remito tenga a bien considerar los siguientes puntos en que he encontrado diferencias con lo solicitado en los pliegues de bases y condiciones publicados por el Ministerio, ellos son:

1.- Se solicitó: Item 8 : **Tiempo mínimo de rotación de 0,5 segundos o menos.**
PHILIPS: 0.5 segundos
GENERAL ELECTRIC: 0.5 segundos
SIEMENS: 0.5 segundos para Heart View CT (corazón)

Observación: La institución se especializa en neumología y necesita para todos los estudios el menor tiempo de rotación , no para cardiología que no será nuestro objetivo)

2.- Se solicitó: Generación en mA: **Rango mínimo de 20 a 350 mA.o mas.-**
PHILIPS: 30 a 450 mA.
GENERAL ELECTRIC: 10 a 440 mA (Denunció en Acta, punto Nº 5)
SIEMENS: 20 a 345 mA.

Observación: No cumple con lo estipulado en el pliego de B y C. que fue de 20 a 350 mA.

3.- Se solicitó: **Software Pulmonar con segmentación de nódulos sólidos y no sólidos.**
PHILIPS: El equipo cuenta con segmentación de nódulos sólidos y no sólidos.
GENERAL ELECTRIC: El equipo cuenta con segmentación de nodulos sólidos y no sólidos.
SIEMENS: La evaluación Pulmonar es de nódulos cuantitativamente

Observación: No cumple para el requerimiento de la Institución, sobre evaluaciones pulmonares cuantitativamente y cualitativamente, es decir nodulos solidos y no solidos (grasa, liquido, etc.), para nuestro Hospital que es de referencia en Neumologia.

Por tal motivo, aguardamos la decision del Comite Evaluador sobre las pesquisas antes mencionadas y esperamos contar a la brevedad con la mejor tecnología del mercado, independientemente de quien realiza la oferta.

Sin otro motivo, le saluda muy cordialmente;

Lic. Oraldo Vukujevic
Coordinador
Servicio de Radiologia
INERAM

Lic. Oraldo Vukujevic
Coordinador
Serv. de Radiología
INERAM. BOETNER"

Al comité de Adjudicación para su atención y conocimiento

Milkos Bello Meza
Administrador
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente