COMITÉ DE EVALUACIÓN – REEVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 30/2021
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSPYBS" – ID N° 397.861

En la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 10 días del mes enero de 2022, siendo las 10:00 horas, se inicia la Reevaluación de Ofertas presentadas en el marco de la contratación de referencia, convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El proceso cuenta con Resolución S.G. Nº 420/2021 de fecha 22/06/2021 *"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 30/2021 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSPYBS – ID N° 397.861"*.

Para tal efecto, conforme notas obrantes en el expediente y en virtud a la mencionada Resolución, se designan a las siguientes personas para conformar el Comité de Evaluación de Ofertas:

- **Abg. Olivia Ruiz Díaz,** por la Dirección General de Administración y Finanzas, designada según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 1088/2021, el 31/08/2021.

  Dr. Ángel Núñez, por la Dirección de Terapias Intensivas, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 760/2021, el 07/07/2021.

- **Dr. Miguel Vera,** por la Dirección de Terapias Intensivas, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 760/2021, el 07/07/2021.

ANTECEDENTES:

Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de fecha 20 de octubre del 2021.

Resolución S.G. N° 930/2021 del 04 de noviembre del 2021 *"POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 30/2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSPYBS" PLURIANUAL ID N° 397.861"*

Resolución DNCP N° 5674/2021 del 14 de diciembre del 2021, por la cual se ordena **ANULAR LA ADJUDICACIÓN**; y consecuentemente, **RETROTRAER EL PROCESO A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**.

Atentos a los antecedentes, y en particular a los puntos controversiales, mencionados en la Resolución anterior, se procede a reevaluar cuanto sigue:

1. SOLICITUDES DE DOCUMENTACIONES FORMALES Y ACLARACIONES:

En el marco de la reevaluación de ofertas, se consideró pertinente cursar nota a la firma oferente, en los siguientes términos:

DYSA HEALTHCARE S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 067/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
- En virtud del Abastecimiento Simultáneo establecido en el PBC, se solicita su conformidad para adecuar sus precios a las mejores ofertas económicas de los siguientes ítems: o Ítem 1: Gs. 108.583 o Ítem 2: Gs. 233.167 o Ítem 3: Gs. 41.041	Presenta

DROGUEPAR S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 068/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
- En virtud del Abastecimiento Simultáneo establecido en el PBC, se solicita su conformidad para adecuar sus precios a las mejores ofertas económicas de los siguientes ítems: o Ítem 3: Gs. 41.041	Presenta

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. Ángel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DNA - MSP y BS

EUROQUIMICA S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 069/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
- En virtud del Abastecimiento Simultáneo establecido en el PBC, se solicita su conformidad para adecuar sus precios a las mejores ofertas económicas de los siguientes ítems: o Ítem 3: Gs. 41.041	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 134/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	Presenta

INTERLABO S.R.L.	
Se solicita según Nota DLIC 070/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
- En virtud del Abastecimiento Simultáneo establecido en el PBC, se solicita su conformidad para adecuar sus precios a las mejores ofertas económicas de los siguientes ítems: o Ítem 3: Gs. 41.041	Presenta

CODEX S.R.L.	
Se solicita según Nota DLIC 071/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta del Oferente**
- En virtud del Abastecimiento Simultáneo establecido en el PBC, se solicita su conformidad para adecuar sus precios a las mejores ofertas económicas de los siguientes ítems: o Ítem 3: Gs. 41.041	Presenta

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado, se realizó el análisis del cumplimiento de las especificaciones ofertadas, realizado por los representantes de la Dirección de Terapias Intensivas. A continuación, se presenta un resumen de lo evaluado, cuyo detalle se encuentra en el **ANEXO I** de este informe.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	OFERENTE	MUESTRA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	Circuito paciente adulto. Circuito del paciente de doble rama **con válvula espiratoria**, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20), PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). ADULTO. Con un tubo de suministro de oxígeno y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	INTERLABO S.R.L.	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria
		EUROQUIMICA S.A.	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria
		DROGUEPAR S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		DYSA HEALTHCARE S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2	Circuito paciente pediátrico. Circuito del paciente de doble rama DARTM **con válvula espiratoria**, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20), PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). PEDIÁTRICO. Con un tubo de suministro de oxígeno, y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	EUROQUIMICA S.A.	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria
		INTERLABO S.R.L.	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria	**NO CUMPLE** No cuenta con válvula espiratoria
		DROGUEPAR S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		DYSA HEALTHCARE S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Abog. Liliana Ruiz Díaz

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Publica y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

3	Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	EL ALAMO S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		EUROQUIMICA S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		DROGUEPAR S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		CODEX S.R.L.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		DYSA HEALTHCARE S.A.	**CUMPLE**	**CUMPLE**

EN EL PUNTO ANÁLISIS DE PRECIOS del informe de evaluación principal, se observó que LA OFERTA DE DYSA HEALTHCARE S.A. SUPERABA AMPLIAMANETE EL REFERENCIAL, sin embargo, atendiendo a la modalidad de abastecimiento simultáneo y, que el precio de la mejor oferta adjudicable se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente; la oferta de DYSA HEALTHCARE S.A. continúa en evaluación.

3. ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado, en el siguiente cuadro se realiza la distribución de las cantidades, de acuerdo al posicionamiento de las ofertas; luego de la aplicación del margen de preferencia y desestimación de las ofertas mencionadas a lo largo del informe. Se ha requerido las conformidades a los oferentes para la adecuación de sus precios a las menores ofertas, según detalle del apartado 1 de este informe.

OFERENTE	ÍTEM	PRECIO OFERTADO	ACEPTA ABASTECIMIENTO	POSICIÓN FINAL	%	CANT. MIN	CANT. MAX	PRECIO RECOMENDADO A ADJUDICAR
DROGUEPAR S.A.	1	**108.583**	**MEJOR PRECIO**	1	100	6.000	12.000	**108.583**
DYSA HEALTHCARE S.A.		267.000	NO ACEPTA	-	-	-	-	
DROGUEPAR S.A.	2	**233.167**	**MEJOR PRECIO**	1	100	3.000	6.000	**233.167**
DYSA HEALTHCARE S.A.		275.000	NO ACEPTA	-	-	-	-	
EL ALAMO S.A.	3	**41.041**	**MEJOR PRECIO**	1	50	6.000	12.000	**41.041**
EUROQUIMICA S.A.		41.208	SI	2	30	3.600	7.200	
DROGUEPAR S.A.		42.208	SI	3	20	2.400	4.800	
INTERLABO S.R.L.		45.833	SI	-	-	-	-	
CODEX S.R.L.		71.940	SI	-	-	-	-	
DYSA HEALTHCARE S.A.		141.000	NO ACEPTA	-	-	-	-	

ACLARACIONES IMPORANTES:

- **Únicamente los oferentes que cotizaron para el ítem 3 serán analizados en esta reevaluación,** debido a que, para el ítem 1 y 2, la firma DYSA HEALTHCARE S.A. no ha prestado su conformidad para el abastecimiento simultáneo, argumentando que los productos que ofrece son de mayor calidad y que no pueden ajustar sus precios a los de la competencia. Por tanto, la recomendación para estos ítems no se verá afectada y permanecerá vigente, tal como se indicó en el informe de evaluación principal.

- Conforme al Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, se procede a evaluar solo a las 3 (tres) mejores ofertas que han aceptado adecuar sus precios al menor precio; pasibles de adjudicación: **EL ALAMO S.A., EUROQUIMICA S.A. y DROGUEPAR S.A.**

- **RATIFICAMOS** que las ofertas de **DROGUEPAR S.A. y EL ALAMO S.A.** cumplen con todos los criterios de evaluación establecidos en el PBC, conforme fue detallado en el informe de evaluación principal, por lo que, el detalle del análisis del cumplimiento de cada criterio será omitido en este informe, de modo a evitar redundancias.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Publica y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

4. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS:

Según lo establecido en las bases y condiciones del llamado, ser verificó la presentación y cumplimiento de los siguientes documentos:

REF.	EMPRESA	CONSTANCIA SIPE N°
1	EUROQUIMICA S.A.	1656663

CRITERIO	ABREVIATURA
Cumple	C
No cumple	NC
No presenta	NP
No Aplica	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	EUROQUIMICA S.A.
1. Formulario de Oferta (*)	**C** Fs. 1-3
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	**C** Fs. 4-5
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	**C** Fs. 8
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	N/A
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	**C** SIPE
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	**C** Fs. 10
7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	**C** Fs. 7
8. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	**C** Fs. 9
9. Documentos legales	
9.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas.	**N/A**
9.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	**C** SIPE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	**C** SIPE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	C SIPE
8.3 Oferentes en Consorcio.	**N/A**
Cualquier otro documento adicional requerido.	
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.	**C** SIPE
Formulario N° 6 Planilla de Verificación de Documentos Formales	**C** Nota Respuesta
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	**C** Nota Respuesta

5. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	EUROQUIMICA S.A.
Para contribuyente de IRACIS: Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad Financiera)	**C** Fs. 11-70
Para contribuyentes de IRPC: Presentación del Formulario N° 106.-	N/A
Para contribuyente de IRP: Presentación del Formulario N° 104.-	N/A
Para contribuyentes de IVA General: Presentación del Formulario N° 120.-	N/A

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

COMITÉ DE EVALUACIÓN – REEVALUACIÓN DE OFERTAS

El Comité de Evaluación procede a solicitar al Departamento de Asesoría Jurídica - DOC la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

EMPRESA	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
EUROQUIMICA S.A.	RATIO DE LIQUIDEZ	2,98	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,53	
	RENTABILIDAD	0,33	

El detalle de los cálculos realizados, según DICTAMEN FINANCIERO A.T./DOC N° 73/2021 se podrá visualizar conforme al **(ANEXO II)**

6. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	EUROQUIMICA S.A.
Copias de Contratos y/o facturaciones que avalen la experiencia requerida de los Ejercicios Fiscales de los años 2018 2019 - 2020.	**C** Fs. 71-89
Presentación como mínimo de 3 (tres) Notas, constancias, certificaciones y/o Actas de Recepción final en la provisión de insumos/dispositivos médicos donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 03 (tres) años. Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió.	**C** Fs. 90-93

ÍNDICE: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones de venta por un monto equivalente al 35 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2018 - 2019 - 2020.

FIRMAS OFERENTES	TOTAL DE: CONTRATO EJECUTADOS / FACTURACIÓN DE VENTA / RECEPCIONES FINALES DE BIENES	MONTO OFERTADO	35% COMO MÍNIMO DEL MONTO TOTAL MÁXIMO OFERTADO	CUMPLE/ NO CUMPLE
EUROQUIMICA S.A.	1.300.837.200	3.278.982.000	1.147.643.700	CUMPLE

Cálculos realizados, según DICTAMEN FINANCIERO A.T./DOC N° 73/2021.

7. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	EUROQUIMICA S.A.
1. Copia de la Resolución de Apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Insumos o Dispositivos Médicos Hospitalarios, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según corresponda al o los bienes ofertados.	**C** Nota Respuesta
2. Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Insumos o Dispositivos Médicos Hospitalarios, según como corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	**N/A**
3. El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los Insumos o Dispositivos Médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPYBS de acuerdo a la Legislación vigente.	**C** Nota Respuesta
4. En caso de que las documentaciones antes mencionadas se encuentren vencidas (Resolución de Apertura y Registro Sanitario), se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que los mismos se encuentran en trámite de renovación y que pueden ser comercializado en el país.	**N/A**
5. Catálogo de lo ofertado	**C** Nota Respuesta
6. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, del oferente, fabricante y/o distribuidor, según corresponda, vigente durante toda la duración del contrato	**C** Nota Respuesta
7. Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado, consularizada o apostillada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la carta poder del fabricante a favor del representante o distribuidor en plaza, y este a su vez al oferente.	**C** Nota Respuesta
8. Para productos de origen nacional cuyo oferente no sea el fabricante, Carta Poder otorgada por el fabricante al oferente para ofertar y comercializar el producto de su fabricación, ante Escribano Público.	N/A

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

REQUISITOS DOCUMENTALES	EUROQUIMICA S.A.
9. En caso de productos importados presentar Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil, ANMAT de Argentina y otros, que cuenten con ISO 13.485. Todos los documentos deben estar traducidos al español. Cualquiera de ellos.	C Nota Respuesta
10. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	C Nota Respuesta

En base al análisis de Requisitos documentales para este criterio, se concluye que las firmas detalladas anteriormente **CUMPLEN** con el **ÍNDICE:** Las empresas oferentes deberán estar legalmente habilitadas para comercializar los bienes licitados en el mercado local, contar con las documentaciones requeridas a fin de dar cumplimiento de los requisitos técnicos, documentales y legales donde conste y avale que el análisis realizado al mismo reúna los criterios técnicos solicitados.

8. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

Las empresas participantes no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a las consideraciones expuestas anteriormente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta este informe de reevaluación, con la sugerencia de:

a) ***Adjudicar el presente Llamado***, a las siguientes empresas según el siguiente resumen:

DROGUEPAR S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Total Mínimo	Total Máximo
1	Circuito paciente para ventilador / respirador pulmonar	UNI	UNI	GGM	TAIWAN	108.583	6.000	12.000	651.498.000	1.302.996.000
2	Circuito paciente para ventilador / respirador pulmonar	UNI	UNI	GGM	TAIWAN	233.166	3.000	6.000	699.498.000	1.398.996.000
3	Filtro para Ventilador Pulmonar	UNI	UNI	GGM	TAIWAN	41.041	2.400	4.800	98.498.400	196.996.800
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR									**1.449.494.400**	**2.898.988.800**

MONTO MÍNIMO TOTAL: GUARANÍES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
MONTO MÁXIMO TOTAL: GUARANÍES DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

EL ALAMO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Total Mínimo	Total Máximo
3	Filtro para Ventilador Pulmonar	UNI	UNI	WESTMED	EE.UU.	41.041	6.000	12.000	246.246.000	492.492.000
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR									**246.246.000**	**492.492.000**

MONTO MÍNIMO TOTAL: GUARANÍES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
MONTO MÁXIMO TOTAL: GUARANÍES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

EUROQUIMICA S.A.										
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Cant. Mín.**	**Cant. Máx.**	**Total Mínimo**	**Total Máximo**
3	Filtro para Ventilador Pulmonar	UNI	UNI	EASTMARK	CHINA	41.041	3.600	7.200	147.747.600	295.495.200
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR									**147.747.600**	**295.495.200**
MONTO MÍNIMO TOTAL: GUARANÍES CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS **MONTO MÁXIMO TOTAL:** GUARANÍES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS										

RECOMENDACIÓN TOTAL MÁXIMA A ADJUDICAR: Gs. 3.686.976.000 (Guaraníes TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL)

Damos por concluido el proceso de en fecha 02 de febrero de 2022, para así dar continuidad a los siguientes trámites correspondientes.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. Olivia Ruiz Díaz
Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dr. Ángel Núñez
Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DNAI - MSP y BS

ANEXO I

ANÁLISIS CAPACIDAD FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 30/2021"

ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDICES FINANCIEROS

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2018-2019-2020)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2018-2019-2020)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2018-2019-2020)

EUROQUIMICA S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	86.721.983.211 / 38.635.909.120	2,24	121.474.637.572 / 35.714.260.087	3,40	129.488.644.992 / 39.270.375.246	3,30	**2,98**	**CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	44.315.909.120 / 91.916.318.411	0,48	56.026.132.348 / 128.876.293.166	0,43	93.755.044.506 / 140.008.434.432	0,67	**0,53**	**CUMPLE**
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	24.498.085.221 / 10.000.000.000	2,45	27.850.927.631 / 15.000.000.000	1,86	10.035.952.106 / 30.000.000.000	0,33	**1,55**	**CUMPLE**

LIC. ISAAC BARRIOS
ASESOR TÉCNICO-DOC
MSP Y BS

ANEXO II

ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM N° 1 - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR

OFERENTE: INTERLABO S.R.L.	
MARCA: Circuito Respiratorio Externo Hsiner	PRECIO OFERTADO: 91.666
PROCEDENCIA: TAIWAN	% VARIACIÓN: -89,58

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente adulto. Circuito del paciente de doble rama con **válvula espiratoria**, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20), PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). ADULTO. Con un tubo de suministro de oxígeno y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	NO CUMPLE	NO CUMPLE



Figura 6-8. Circuito ventilatorio de doble rama

El producto ofertado por la empresa INTERLABO S.R.L para el ítem 1, no es 100% adaptable al **Ventilador Puritan Bennett 560**, debido a que la muestra presentada carece de la válvula espiratoria o exhalatoria (elemento 11, figura 6-8), indispensable para el correcto funcionamiento del mismo. Se adjunta imagen esquemática con los detalles del circuito correspondiente al ventilador. Foto extraída del manual de funcionamiento del equipo, disponible en la página de un distribuidor de la marca Puritan Bennett: (http://www.siamedsa.com.ar/wp-content/uploads/2015/10/Puritan-Bennett-560-Manual.pdf).

Es importante destacar que la válvula cuenta con un sensor que mide el volumen de gas exhalado y monitorea la relación entre el gas inhalado y exhalado. La ausencia de esta válvula puede provocar lecturas incorrectas y que el equipo funcione de forma impredecible, emitiendo alarmas indebidas o ignorándolas. Por este motivo, resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo, que el producto ofertado cuente con esta válvula.

Lo ofertado por esta firma no es 100% adaptable al Equipo Ventilador PURITAN BENNET 560, tal como lo requiere el PBC y lo recomienda el fabricante.

Se concluye que el producto ofertado por INTERLABO S.R.L. NO CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas. Se desestima su oferta para este ítem, conforme a lo detallado anteriormente.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: EUROQUIMICA S.A.	
MARCA: EASTMARK	PRECIO OFERTADO: 91.666
PROCEDENCIA: CHINA	% VARIACIÓN: -89,58

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente adulto. Circuito del paciente de doble rama con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20), PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). ADULTO. Con un tubo de suministro de oxígeno y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	NO CUMPLE	NO CUMPLE



Figura 6-8. Circuito ventilatorio de doble rama

El producto ofertado por la empresa EUROQUIMICA S.A. para el ítem 1, no es 100% adaptable al **Ventilador Puritan Bennett 560**, debido a que la muestra presentada carece de la válvula espiratoria o exhalatoria (elemento 11, figura 6-8), indispensable para el correcto funcionamiento del mismo. Se adjunta imagen esquemática con los detalles del circuito correspondiente al ventilador. Foto extraída del manual de funcionamiento del equipo, disponible en la página de un distribuidor de la marca Puritan Bennett: (http://www.siamedsa.com.ar/wp-content/uploads/2015/10/Puritan-Bennett-560-Manual.pdf).

Es importante destacar que la válvula cuenta con un sensor que mide el volumen de gas exhalado y monitorea la relación entre el gas inhalado y exhalado. La ausencia de esta válvula puede provocar lecturas incorrectas y que el equipo funcione de forma impredecible, emitiendo alarmas indebidas o ignorándolas. Por este motivo, resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo, que el producto ofertado cuente con esta válvula.

Lo ofertado por esta firma no es 100% adaptable al Equipo Ventilador PURITAN BENNET 560, tal como lo requiere el PBC y lo recomienda el fabricante.

Se concluye que el producto ofertado por EUROQUIMICA S.A. NO CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas. Se desestima su oferta para este ítem, conforme a lo detallado anteriormente.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Publica y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: DROGUEPAR S.A.	
MARCA: GGM	PRECIO OFERTADO: 108.583
PROCEDENCIA: TAIWAN	% VARIACIÓN: -87,66

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente adulto. Circuito del paciente de doble rama con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20), PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). ADULTO. Con un tubo de suministro de oxígeno y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por DROGUEPAR S.A. <u>CUMPLE</u> con las especificaciones técnicas requeridas.

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: DYSA HEALTHCARE S.A.	
MARCA: VYAIRE MEDICAL INC.	PRECIO OFERTADO: 267.000
PROCEDENCIA: USA	% VARIACIÓN: -70,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente adulto. Circuito del paciente de doble rama con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20), PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). ADULTO. Con un tubo de suministro de oxígeno y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por DYSA HEALTHCARE S.A. <u>CUMPLE</u> con las especificaciones técnicas requeridas.

Dr. Angel D. Núñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

ITEM N° 2- CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR /RESPIRADOR PULMONAR

OFERENTE: EUROQUIMICA S.A.	
MARCA: EASTMARK	PRECIO OFERTADO: 198.333
PROCEDENCIA: CHINA	% VARIACIÓN: -77,46

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente pediátrico. Circuito del paciente de doble rama DARTM con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20) , PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). PEDIÁTRICO. Con un tubo de suministro de oxígeno, y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	NO CUMPLE	NO CUMPLE



Figura 6-8. Circuito ventilatorio de doble rama

El producto ofertado por la empresa EUROQUIMICA S.A. para el ítem 2, no es 100% adaptable al **Ventilador Puritan Bennett 560**, debido a que la muestra presentada carece de la válvula espiratoria o exhalatoria (elemento 11, figura 6-8), indispensable para el correcto funcionamiento del mismo. Se adjunta imagen esquemática con los detalles del circuito correspondiente al ventilador. Foto extraída del manual de funcionamiento del equipo, disponible en la página de un distribuidor de la marca Puritan Bennett: (http://www.siamedsa.com.ar/wp-content/uploads/2015/10/Puritan-Bennett-560-Manual.pdf).

Es importante destacar que la válvula cuenta con un sensor que mide el volumen de gas exhalado y monitorea la relación entre el gas inhalado y exhalado. La ausencia de esta válvula puede provocar lecturas incorrectas y que el equipo funcione de forma impredecible, emitiendo alarmas indebidas o ignorándolas. Por este motivo, resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo, que el producto ofertado cuente con esta válvula.

Lo ofertado por esta firma no es 100% adaptable al Equipo Ventilador PURITAN BENNET 560, tal como lo requiere el PBC y lo recomienda el fabricante.

Se concluye que el producto ofertado por EUROQUIMICA S.A. NO CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas. Se desestima su oferta para este ítem, conforme a lo detallado anteriormente.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Publica y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: INTERLABO S.R.L.	
MARCA: Circuito Respiratorio Externo Hsiner	PRECIO OFERTADO: 213.333
PROCEDENCIA: TAIWAN	% VARIACIÓN: -75,76

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente pediátrico. Circuito del paciente de doble rama DARTM con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20) , PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). PEDIÁTRICO. Con un tubo de suministro de oxígeno, y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	NO CUMPLE	NO CUMPLE



Figura 6-8. Circuito ventilatorio de doble rama

El producto ofertado por la empresa INTERLABO S.R.L. para el ítem 2, no es 100% adaptable al **Ventilador Puritan Bennett 560**, debido a que la muestra presentada carece de la válvula espiratoria o exhalatoria (elemento 11, figura 6-8), indispensable para el correcto funcionamiento del mismo. Se adjunta imagen esquemática con los detalles del circuito correspondiente al ventilador. Foto extraída del manual de funcionamiento del equipo, disponible en la página de un distribuidor de la marca Puritan Bennett: (http://www.siamedsa.com.ar/wp-content/uploads/2015/10/Puritan-Bennett-560-Manual.pdf).

Es importante destacar que la válvula cuenta con un sensor que mide el volumen de gas exhalado y monitorea la relación entre el gas inhalado y exhalado. La ausencia de esta válvula puede provocar lecturas incorrectas y que el equipo funcione de forma impredecible, emitiendo alarmas indebidas o ignorándolas. Por este motivo, resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo, que el producto ofertado cuente con esta válvula.

Lo ofertado por esta firma no es 100% adaptable al Equipo Ventilador PURITAN BENNET 560, tal como lo requiere el PBC y lo recomienda el fabricante.

Se concluye que el producto ofertado por INTERLABO S.R.L. <u>NO CUMPLE</u> con las especificaciones técnicas requeridas. Se <u>desestima</u> su oferta para este ítem, conforme a lo detallado anteriormente.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Publica y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: DROGUEPAR S.A.	
MARCA: GGM	PRECIO OFERTADO: 233.167
PROCEDENCIA: TAIWAN	% VARIACIÓN: -73,50

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente pediátrico. Circuito del paciente de doble rama DARTM con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20) , PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). PEDIÁTRICO. Con un tubo de suministro de oxígeno, y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por DROGUEPAR S.A. <u>CUMPLE</u> con las especificaciones técnicas requeridas.

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: DYSA HEALTHCARE S.A.	
MARCA: VYAIRE MEDICAL INC.	PRECIO OFERTADO: 275.000
PROCEDENCIA: USA	% VARIACIÓN: -69

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Circuito paciente pediátrico. Circuito del paciente de doble rama DARTM con válvula espiratoria, de 120 cm (+-20) a 180 cm (+-20) , PVC y/o EVA y/o (LDPE + EVA) y/o PVC siliconado (con certificado que avale el tipo de material). PEDIÁTRICO. Con un tubo de suministro de oxígeno, y puerto de capnografía de conexión Luer Lock	Adaptable a Equipo-Ventilador PURITAN BENNET 560	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por DYSA HEALTHCARE S.A. <u>CUMPLE</u> con las especificaciones técnicas requeridas.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

ITEM N° 3- FILTRO PARA VENTILADOR PULMONAR

OFERENTE: EL ALAMO S.A.	
MARCA: WESTMED	PRECIO OFERTADO: 41.041
PROCEDENCIA: EE.UU.	% VARIACIÓN: -37,82

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	Adaptable a Equipo- Ventilador PURITAN BENNET 56	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por EL ALAMO S.A. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas.

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: EUROQUIMICA S.A.	
MARCA: EASTMARK	PRECIO OFERTADO: 41.208
PROCEDENCIA: CHINA	% VARIACIÓN: -37,56

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	Adaptable a Equipo- Ventilador PURITAN BENNET 56	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por EUROQUIMICA S.A. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas.

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: DROGUEPAR S.A.	
MARCA: GGM	PRECIO OFERTADO: 42.208
PROCEDENCIA: TAIWAN	% VARIACIÓN: -36,05

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	Adaptable a Equipo- Ventilador PURITAN BENNET 56	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por DROGUEPAR S.A. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: INTERLABO S.R.L.	
MARCA: Filtro bacteriano para circuito de respiración Hsiner	PRECIO OFERTADO: 45.833
PROCEDENCIA: TAIWAN	% VARIACIÓN: -31

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	Adaptable a Equipo- Ventilador PURITAN BENNET 56	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por INTERLABO S.R.L. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas.

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: CODEX S.R.L.	
MARCA: COVIDIEN	PRECIO OFERTADO: 71.940
PROCEDENCIA: ITALIA	% VARIACIÓN: 9

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	Adaptable a Equipo- Ventilador PURITAN BENNET 56	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por CODEX S.R.L. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas.

Se procede a evaluar la siguiente oferta:

OFERENTE: DYSA HEALTHCARE S.A.	
MARCA: VYAIRE MEDICAL INC	PRECIO OFERTADO: 141.000
PROCEDENCIA: USA	% VARIACIÓN: 114

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMPATIBLE CON EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	MUESTRAS PRESENTADAS
Filtro combinado de entrada de aire. Intercambiador de calor y humedad (HME) de filtro electrostático para adultos o niños, grande. (antes Hygrobac)	Adaptable a Equipo- Ventilador PURITAN BENNET 56	CUMPLE	CUMPLE

Se concluye que el producto ofertado por DYSA HEALTHCARE S.A. CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas.

Dr. Angel D. Nuñez R.
Director
Dirección de Terapia Intensiva
Ministerio de Salud Pública y Bienes Social

Dr. Miguel Vera
RP: 8525
Coordinador de Auditoría Médica
DTI - MSP y BS