INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de mayo del año 2019, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 19/19 SBE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLÍNICA DEL IPS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

1. CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:

Por Memorándum DOP/COP/ N° 201/19 de fecha 25 deabril de 2019, la Oficina de Coordinación, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones, se ha conformado la Comisión Evaluadora, con los siguientes funcionarios:
- **Viviana Genes**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones,
- **Edgar José Giménez Palacios**, representante de la Dirección Jurídica,
- **Santiago Luis Samudio,** representante de la Direccion de Recursos Tecnólogicos de Salud,
- **Oscar Ocaño**, representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud,
- **Eladio Quintana**, representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

2. ANTECEDENTES:

Que, por Memorandum DEM/EM2/N° 114/2018, de fecha 09 de octubre de 2018, por medio de la Sección Administración de Equipos Biomédicos para Policlínicas del IPS, dependiete de la Dirección de Recursos Tecnólogicos de Salud, en el cual se solicita el inicio de los trámites para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLINICA DEL IPS"**, recepcionada en la Dirección Operativa de Contrataciones, en fecha 24 de Octubre de 2018.

Que, por Memorándum DOP/DTC/N° 0182/19 de fecha 21 de febrero de 2019, el Departamento Técnico de Contrataciones informó que se incluyó en el PAC 2019, el llamado con **ID N° 355.591. "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLÍNICA DEL IPS".**

Que, por Resolución C.A. N° 007-016/19, de fecha 12 de febrero de 2019, se autoriza al llamado de **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLÍNICA DEL IPS".**

Que, por Nota G. A. L. D.O.P. N° 214/19 de fecha 26 de febrero de 2019, la Dirección de Operativa de Contrataciones pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLÍNICA DEL IPS"**, con **ID N° 355.591.**

En fecha 07, 08 y 09 de Marzo del 2019 se realizaron las publicaciones en un diario de gran circulación del llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 19/19 *"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLÍNICA DEL IPS"*.

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que, por Memorándum CA N° 5000003368/19 de fecha 21 de febrero de 2019, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informa el referido llamado corresponde a los objetos de gasto 535, **"EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO"**, el cual afecta al Programa N° 2 de **"SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD"**, y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad (CDP) N° 448/2019 de fecha 21 de febrero de 2019.

4. ACTA DE SESION PÚBLICA VIRTUAL:

Que según Acta de Sesión Pública Virtual SBE de fecha 16 de abril de 2019, siendo las 12:16 hs, finaliza la Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 355.591, de acuerdo al siguiente detalle:

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES:

- **ARGON S.R.L.**
- **LA CASA DEL MÉDICO.**
- **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**
- **ALBATROS SACI.**
- **V&V S.A.**
- **DYSA HEALTHCARE S.A.**
- **SOLUMEDIC S.A.**

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

- **5. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:**

Que según Acta N° 028/18 de fecha 07 de noviembre de 2018, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a los sobres recepcionados, dándose lectura a los montos de las ofertas, de acuerdo a los siguientes detalles:

1. **ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 6.337.750.000.- (Guaraníes seis mil trescientos treinta y siete millones setecientos cincuenta mil). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 216.000.000.- (Guaraníes Doscientos diez y seis Millones) Empresa Aseguradora: ASEPASA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO N° de Póliza: 1508015670-1508.- Total de hojas foliadas 138 (ciento treinta y ocho).

2. **V Y V SA - RUC: 80038216-1:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 1.666.989.950- (Guaraníes un mil seiscientos sesenta y seis millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 70.000.000.- (Guaraníes setenta Millones) Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA N° de Póliza: 1508002375-1508.- Total de hojas foliadas 075 (setenta y cinco).

3. **DROGUERIA ITALQUIMICA SA - RUC: 80017185-3:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 253.889.985.- (Guaraníes doscientos cincuenta y tres millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 18.000.000.- (Guaraníes diez y ocho Millones) Empresa Aseguradora: FENIX SA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A N° de Póliza: 1508004084-1508.- Total de hojas foliadas 25 (veinte y cinco).

4. **ARGON SRL - RUC: 80004373-1:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 4.156.000.000.- (Guaraníes cuatro mil ciento cincuenta y seis millones). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 200.000.000.- (Guaraníes Doscientos Millones) Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.045059/000 Total de hojas foliadas 295 (doscientos noventa y cinco).

5. **DYSA HEALTHCARE SA - RUC: 80013820-1:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 169.000.000.- (Guaraníes Ciento sesenta y nueve Millones). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 6.000.000.- (Guaraníes seis Millones) Empresa Aseguradora: EL SOL SEGUROS SA N° de Póliza: 1508004850-1508 Total de hojas foliadas 53 (cincuenta y tres).

6. **SOLUMEDIC SA - RUC: 80023913-0:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 638.000.000.- (Guaraníes seiscientos treinta y ocho Millones). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 24.000.000.- (Guaraníes veinte y cuatro Millones) Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.045082/000.- Total de hojas foliadas 52 (cincuenta y dos-).

7. **LA CASA DEL MEDICO SA - RUC: 80011068-4:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 335.100.000.- (Guaraníes trescientos treinta y cinco millones cien mil). IVA Incluido. Mantenimiento de Oferta: Gs. 10.566.000.- (Guaraníes diez millones quinientos sesenta y seis mil) Empresa Aseguradora: ASEPASA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO N° de Póliza: 1508015671-1508.- Total de hojas foliadas 174 (Ciento sesenta y cuatro).

OBSERVACIONES

Empresa: V&V S.A.

Se deja constancia que la firma Drogueria Italquimica S.A, presenta los documentos y formularios posteriores a la fecha límite fijada para la etapa competitiva, fechadas 23/04/2019, debiendo ser 16/04/2019, en contra posición a la Circular N° 22/2018 de la DNCP.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Empresa: ALBATROS SACI

En la oferta presentada por la firma Argon S.R.L., en el Item N° 14 Frontoluz, no se observa en el catálogo adjuntado el cumplimiento de las EETT del Orden 42

Empresa: ARGON S.R.L.

Observación 1- La empresa LA CASA DEL MEDICO S.A no presenta autorización del fabricante para representar o distribuir el producto de la marca MEDPEJ según inciso F numeral 2 del pliego de bases y condiciones.

Observación 2- Si bien sabemos de su buena evaluación, de igual manera respetuosamente solicitamos al comité evaluador confirmar el cumplimiento de las exigencias técnicas referentes al ítem 2 Balanza Adulto Digital subítem 2.4.5: Clase III. La empresa ARGON S.R.L en su línea de productos cuenta con balanza de clase III de alta precisión y por ende, de más alto valor y la Clase I (menos precisa y más económica). Nuestra empresa ha optado y cotizado balanzas de la clase III, a fin de cumplir debidamente con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Advertimos al comité evaluador que las balanzas ofertadas por la empresa V y V S.A y Droguería Italquimica S.A no cumplen con las exigencias solicitadas.

Observación 3- La empresa La empresa LA CASA DEL MEDICO S.A no presenta certificación emitida por el fabricante de que los productos ofertados son nuevos y no remanufacturado; tampoco presenta constancia de servicio técnico emitido por el MSP y BS, según el inciso f) numerales 10 y 12 respectivamente según pide el pliego de bases y condiciones.

Observación 4- La empresa V&V no presenta planilla de EETT y catálogos de todos los productos que ha ofertado.

Observación 5- Hacemos constar en Acta cuanto sigue: el ítem 11 Estación de diagnóstico para Otorrinolaringología ha tenido un solo oferente, cuya oferta supera el precio referencial en más de 1.800 millones. En la etapa de consulta nuestra empresa ha presentado pedido de flexibilización de las exigencias técnicas, sin embargo muchas de ellas nos fueron negadas. Hemos pedido dichas flexibilizaciones por tres motivos: 1- En absoluto no disminuirían las prestaciones del ítem solicitado; 2- Permitirían la participación de más de un oferente ; y 3- El IPS se hubiera beneficiado con ofertas más económicas y ahorrado miles de millones.

Observación 6- La empresa V y V S.A no ha presentado planilla de especificaciones técnicas, ni tampoco los catálogos en los que se puedan constatar el cumplimiento de los siguientes ítems:
Ítem 9: Equipo de diagnóstico, los sub ítems N° 9.4.2- Esfigmomanómetro, sub ítem 9.4.2.4; 9.4.2.5; 9.4.3.7; 9.4.4 Estetoscopio: 9.4.4.6; 9.4.4.7.
Ítem N° 21: Oftalmoscopio Directo: sub ítem 21.2.4: con al menos 7 diafragmas; 21.2.7: con entrada USB en el mango.

Observación 7- La empresa V y V S.A no ha presentado planilla de especificaciones técnicas, ni tampoco los catálogos en los que se puedan constatar el cumplimiento de los siguientes ítems:
Ítem N° 22: Oftalmoscopio indirecto: sub ítem 22.4.2: Ajuste asimétrico interpupilar entre 48 mm (o menor) y 70 mm (o mayor), sub ítem N° 22.4.4: óptica inclinable en al menos cuatro posiciones: 0°, 12.5 °, 47.5 ° y 60 °.

RESPUESTAS A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA LPN N°19/19.

Observaciones realizadas por la firma V&V S.A.

Se deja constancia que la firma Drogueria Italquimica S.A. presenta los documentos y formularios posteriores a la fecha límite fijada para la etapa competitiva, fechadas 23/04/2019, debiendo ser 15/04/2019, en contra posición a la Circular N° 22/2018 de la DNCP.

La oferente fue descalificada teniendo en cuenta el Informe Júridico.

Observaciones realizadas por la firma ALBATROS SACI

En la oferta presentada por la firma Argon S.R.L., en el Item N° 14 Frontoluz, no se observa en el catálogo adjuntado el cumplimiento de las EETT del Orden 42

Se realizaron las consultas correspondientes para los diferentes subítems del equipo ofertado. Detalles de la evaluación obran en el informe final correspondiente.

Observaciones realizadas por la firma ARGON S.R.L.

Observación N° 1:
La empresa LA CASA DEL MEDICO S.A no presenta autorización del fabricante para representar o distribuir el producto de la marca MEDPEJ según inciso F numeral 2 del pliego de bases y condiciones.

Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que las documentaciones fueron solicitadas en las consultas correspondientes. Detalles de la evaluación obran en el informe final.

Observación N° 2:
Si bien sabemos de su buena evaluación, de igual manera respetuosamente solicitamos al comité evaluador confirmar el cumplimiento de las exigencias técnicas referentes al ítem 2 Balanza Adulto Digital subítem 2.4.5: Clase III. La empresa ARGON S.R.L en su línea de productos cuenta con balanza de clase III de alta precisión y por ende, de más alto valor y la Clase I (menos precisa y más económica). Nuestra empresa ha optado y cotizado balanzas de la clase III, a fin de cumplir debidamente con las exigencias del pliego de bases y condiciones.
Advertimos al comité evaluador que las balanzas ofertadas por la empresa V y V S.A y Droguería Italquimica S.A no cumplen con las exigencias solicitadas.

Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que la Empresa V y V S.A ha presentado documentaciones técnicas solicitadas en las consultas correspondientes. Detalles de la evaluación obran en el informe final.

Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Vivian Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

Observación N° 3:
La empresa LA CASA DEL MEDICO S.A no presenta certificación emitida por el fabricante de que los productos ofertados son nuevos y no remanufacturado; tampoco presenta constancia de servicio técnico emitido por el MSP y BS, según el inciso f) numerales 10 y 12 respectivamente según pide el pliego de bases y condiciones.
Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que las documentaciones fueron solicitadas en las consultas correspondientes. Para la Constancia emitida por el MSP y BS se menciona que dicho documento se encuentra en la carpeta de oferta. Detalles de la evaluación obran en el informe final.

Observación N° 4:
La empresa V y V S.A no presenta planilla de E.E. T.T y catálogos de todos los productos que ha ofertado.
Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que la Empresa V y V S.A ha presentado documentaciones técnicas solicitadas en las consultas correspondientes. Detalles de la evaluación obran en el informe final.

Observación N° 5:
Hacemos constar en Acta cuanto sigue: el ítem 11 Estación de diagnóstico para Otorrinolaringología ha tenido un solo oferente, cuya oferta supera el precio referencial en más de 1.800 millones. En la etapa de consulta nuestra empresa ha presentado pedido de flexibilización de las exigencias técnicas, sin embargo muchas de ellas nos fueron negadas. Hemos pedido dichas flexibilizaciones por tres motivos: 1- En absoluto no disminuirían las prestaciones del ítem solicitado; 2- Permitirían la participación de más de un oferente ; y 3- El IPS se hubiera beneficiado con ofertas más económicas y ahorrado miles de millones.
Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que no es competencia de este comité la elaboración de E.E T.T ni estimación y/o cálculo de precios referenciales solicitados en el presente llamado.

Observación N° 6:
La empresa V y V S.A no ha presentado planilla de especificaciones técnicas, ni tampoco los catálogos en los que se puedan constatar el cumplimiento de los siguientes ítems:
Ítem 9: Equipo de diagnóstico, los sub ítems N° 9.4.2- Esfigmomanómetro, sub ítem 9.4.2.4; 9.4.2.5; 9.4.3.7; 9.4.4 Estetoscopio: 9.4.4.6; 9.4.4.7.
Ítem N° 21: Oftalmoscopio Directo: sub ítem 21.2.4: con al menos 7 diafragmas; 21.2.7: con entrada USB en el mango.
Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que la Empresa V y V S.A ha presentado documentaciones técnicas solicitadas en las consultas correspondientes. Detalles de la evaluación obran en el informe final.

Observación N° 7:
La empresa V y V S.A no ha presentado planilla de especificaciones técnicas, ni tampoco los catálogos en los que se puedan constatar el cumplimiento de los siguientes ítems:
Ítem N° 22: Oftalmoscopio indirecto: sub ítem 22.4.2: Ajuste asimétrico interpupilar entre 48 mm (o menor) y 70 mm (o mayor), sub ítem N° 22.4.4: óptica inclinable en al menos cuatro posiciones: 0°, 12.5 °, 47.5 ° y 60 °.

Respuesta:
Con relación a la observación citada, se refiere que la Empresa V y V S.A ha presentado documentaciones técnicas solicitadas en las consultas correspondientes. Detalles de la evaluación obran en el informe final.

6. INFORME JURÍDICO.

En base al análisis de las documentaciones legales presentadas por las firmas en la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 19/19 **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA POLICLÍNICA DEL IPS"** que se detalla a continuación, manifestamos cuanto sigue:

DYSA HEALTHCARE S.A. RUC N° 80013820-1

Monto de la Oferta: Gs. 169.000.000.-
Número de Póliza: 1508004850.- (EL SOL SEGUROS)
Garantía de Mantenimiento: GS. 6.000.000.- GS
Constancia SIPE N° 1543294 con documentación vigente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03. -

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. RUC N° 80017185-3

Monto de la Oferta: Gs. 253.889.985-
Número de Póliza: 1508004.- (FENIX SEGUROS)
Garantía de Mantenimiento: 18.000.000.- GS.
Constancia SIPE N° 1543371 con documentación vigente.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma no se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 debido a que la presentación de la oferta en la subasta electrónica se ha realizado de manera extemporánea en fecha 23/04/2019 debiendo hacerlo como tope en fecha 16/04/2019 .----------

El art. 60 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 enumera los documentos sustanciales para la presentación de una oferta: "Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 1. La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida; 2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado. 3. Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados. 4. Los documentos hayan sido debidamente firmados.Ley N° 2.051/03 y su Reglamentación en virtud de los Decretos N° 21.909/03, N° 5.174/05, N° 6.225/11 y 7.434/11 armonizada con la Ley N° 3.439/07. 5. La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego. 6. Los documentos de la oferta estén en general en orden.".

En este orden de ideas, la Circular DNCP N° 22/2018 dispone con respecto a las documentaciones —sustanciales y formales —presentadas por un oferente con fecha posterior al inicio de la etapa competitiva lo siguiente: "La fecha incluida en los documentos y formularios que componen la oferta no deberá ser posterior a la fecha establecida para el inicio de la etapa competitiva.

SOLUMEDIC S.A. RUC N° 80023913-0.

Monto de la Oferta: Gs. 638.000.000.-
Número de Póliza: 007.1508.045082/000
Garantía de mantenimiento: GS. 24.000.000.- (LA CONSOLIDADA)
Constancia SIPE N° 1542628 con documentación vigente.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en **la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.----------

V Y V S.A. RUC N° 80038216-1

Monto de la Oferta: Gs. 1.666.989.950.-
Número de Póliza: 1508002875
Garantía de mantenimiento: GS. 70.000.000 (ROYAL SEGUROS)
Constancia SIPE N° 1542547 con documentación vigente.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.----------

ARGON S.R.L. RUC N° 80004373-1

Monto de la Oferta: Gs. 4.156.000.000.-
Número de Póliza: 007.1508.045059/000
Garantía de mantenimiento: GS. 200.000.000.- (LA CONSOLIDADA)
Constancia SIPE N° 1542657 con documentación vigente.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.----------

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eugenio José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

LA CASA DEL MEDICO S.A. RUC N° 80011068-4

Monto de la Oferta: Gs. 335.100.000.-
Número de Póliza: 1508015671-
Garantía de mantenimiento: GS. 10.566.000.- (ASEPASA)
Constancia SIPE N° 1530988 con documentación vigente.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.- -

ALBATROS S.A.C.I RUC N° 80002766-3

Monto de la Oferta: Gs. 6.337.750.000.-
Número de Póliza: 1508015670.-
Garantía de mantenimiento: GS. 216.000.000.- (ASEPASA)
Constancia SIPE N° 1543100 con documentación vigente.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.- -

La Comisión Evaluadora ha solicitado por correo electrónico, a la Oficina de Coordinación de la D.O.P., si aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social y en que área se desempeñan de las empresas que se detallan a continuación:

DYSA HEALTHCARE S.A. RUC N° 80013820-1
Rosalina Villalba de Paredes C.I. N° 857.654
Ivan Gregorio Maciel Roman C.I. N° 2.156.784
William Wilka Tapiero C.I. N° 265.873
Ricardo Arturo Hellemers Llano C.I. N° 1.455.624
Ricardo Hellmers Fonseca C.I. N° 424.973
Daniel Martin Samaniego Vera C.I. N° 1.491.206

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. RUC N° 80017185-3
Jose Enrique Espinola Zarate C.I. N° 1.135.487
Liliana Maria Fretes Olmedo C.I. N° 928.666
Maria Nidia Fariña Florentin C.I. N° 815.869
Blas Arcario Vazquez Fleytas C.I. N° 266.037

SOLUMEDIC S.A. RUC N° 80023913-0.
Liz Adolfina Isabel Chamorro Ferreira 1.831.412
Diana Maria Gonzalez Ponessa. 1.842.103

V Y V S.A. RUC N° 80038216-1
Alberto Esteban Caballero Colman 2.517.199
Vanessa Beatriz Scarone Zarate 2.387.565
Mirna Graciela Diaz Gonzalez 1.212.824
Victor Manuel Scarone Zarate 3.404.611

ARGON S.R.L. RUC N° 80004373-1
Nora Elizabeth Pedrozo Rodríguez c.i. N° 1.481.253
Gumercindo Pedrozo Rodríguez c.i. N° 1.874.253
Carlos Roberto González c.i. N° 657.054

LA CASA DEL MEDICO S.A. RUC N° 80011068-4
Enrique Juan Clari Camps c.i. N° 340.179
Blanca Aurora Delpino de Clari c.i. N° 360.867
Lucas Clari Zambrini c.i. n° 3.401.179

ALBATROS S.A.C.I RUC N° 80002766-3
Rolf Water Thiede 572.213
Paul Mathias Thiede Dichtl 2.471.745

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Elida Katrin Thiede 3.187.833
Hedwing Dichtl de Thiede 662.335
Anni Friesen de Thiede 141.555
Hellmuth Thiede 59.531

Del reporte del Sistema SINARH con respecto a las firmas, DYSA HEALTHCARE S.A. , DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., SOLUMEDIC S.A., V Y V S.A., ARGON S.R.L., LA CASA DEL MEDICO S.A. , ALBATROS S.A.C.I. Se desprende que las personas que integran el directorio de la empresa participante o que ostenten la representación legal de la sociedad, no se encuentran vinculadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social, por lo tanto no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del Art. 40, Inc. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03.-

7. REGISTRO DE INHABILITADOS.

Se ha insertado el número de RUC de las empresas oferentes en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas se encuentran habilitadas para contratar con el Estado.

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

8. CUADRO COMPARATIVO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION	OBSERVACIONES E INFORME TECNICO	SUGERENCIAS
V&V	1	42295123-002	ASPIRADOR QUIRURGICO	6	UNIDAD	UNIDAD	ELMASLAR	TURQUIA	11.583 333	69.499.998	11 979 166	-3%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON S.R.L. EN EL ITEM N° 1
ARGON S.R.L.					UNIDAD	UNIDAD	GEMMY	TAIWAN	14 666.500	87.999 000	11 979.166	22%	CUMPLE CON LAS EETT	
SOLUMEDIC S.A.					UNIDAD	UNIDAD	OLIDEF	BRASIL	70 000 000	420.000.000	11 979 166	484%	NO CUMPLE CON LAS EETT, DESCALIFICADO CONFORME AL ART. 45 DECRETO 1107/14	
V&V	2	41111508-001	BALANZA ADULTO DIGITAL	69	UNIDAD	UNIDAD	V&V	CHINA	3.678.000	253.782.000	5.103.333	-28%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA V&V S.A. EN EL ITEM N° 2
DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.					UNIDAD	UNIDAD	ADAM	EEUU	3.679 565	253.889 985	5.103.333	-28%	CUMPLE CON LAS EETT, DESCALIFICADO POR INFORME JURIDICO	
ARGON S.R.L.					UNIDAD	UNIDAD	SECA	ALEMANIA	6.116.000	422.004 000	5.103.333	20%	CUMPLE CON LAS EETT	
NADIE COTIZO	3	42183023-010	CAJA DE PRISMA	2	UNIDAD	UNIDAD	0	0	0	0	3.300 000		NADIE COTIZO	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO, CONFORME AL ART. N° 30 INC. "a" LEY 2051/03 EN EL ITEM N° 3
ARGON S.R.L.	4	42183009-001	CAJA DE PRUEBA	8	UNIDAD	UNIDAD	LUX VISION	U.S.A.	7.224 625	57.797.000	6.074.167	19%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON S.R.L. EN EL ITEM N° 4
V&V	5	42192207-005	CAMILLA DE INSPECCION	65	UNIDAD	UNIDAD	AEGEA	CHINA	1.201.000	78 065.000	1.394.975	-14%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO S.A. EN EL ITEM N° 5, CONFORME AL DECRETO 9649 LEY 4558/2011 MARGEN DE PREFERENCIA PRODUCTOS NACIONALES
LA CASA DEL MEDICO					UNIDAD	UNIDAD	MEDIMUEBLE	PARAGUAY	1.201.538	78.099.970	1.394.975	-14%	CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL					UNIDAD	UNIDAD	ESTRELLA	PARAGUAY	1.207.692	78.499.980	1.394.975	-13%	CUMPLE CON LAS EETT	

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE N° 19/19

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOSPARA LA POLICLINICA DEL IPS" ID 355.591

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION	OBSERVACIONES E INFORME TECNICO	SUGERENCIAS
V&V	6	42182901-001	CAMILLA INSPECCION GINECOLOGICA	9	UNIDAD	UNIDAD	AEGEA	CHINA	4.175 000	37 575 000	3.486.667	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA V&V S.A. EN EL ITEM N° 6
ARGON SRL					UNIDAD	UNIDAD	ESTRELLA	PARAGUAY	4.180.000	37.620.000	3.486.667	20%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
V&V	7	42172101-001	DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO	2	UNIDAD	UNIDAD	INNOMED	HUNGRIA	54.499.000	108.998.000	50.683.300	8%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO S.A. EN EL ITEM N° 7
LA CASA DEL MEDICO					UNIDAD	UNIDAD	NIHON KOHDEN	JAPON	57.650.000	115 300.000	50.683.300	14%	CUMPLE CON LAS EETT	
ALBATROS SACI					UNIDAD	UNIDAD	INSTRAMED/CARDINAL	BRASIL	64.750.000	129 500.000	50.683 300	28%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL					UNIDAD	UNIDAD	CU MEDICAL	COREA	75.000.000	150.000 000	50 683 300	48%	CUMPLE CON LAS EETT	
DYSA S.A.					UNIDAD	UNIDAD	PHILIPS EFFICIA	CHINA	84.500 000	169 000 000	50.683.300	67%	CUMPLE CON LAS EETT	
SOLUMEDIC S.A.					UNIDAD	UNIDAD	MINDRAY	CHINA	109.000 000	218 000 000	50.683.300	115%	CUMPLE CON LAS EETT, DESCALIFICADO CONFORME AL ART 45 DECRETO 1107/14	
V&V	8	42201702-001	DETECTOR FETAL	1	UNIDAD	UNIDAD	AEON	CHINA	1.695.000	1.695 000	2.050 000	-17%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA V&V S.A. EN EL ITEM N° 8
LA CASA DEL MEDICO					UNIDAD	UNIDAD	CHOCEMMED	CHINA	1.700.000	1.700.000	2.050.000	-17%	CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL					UNIDAD	UNIDAD	EDAN	CHINA	2.455 020	2.455 020	2 050 000	20%	CUMPLE CON LAS EETT	
V&V	9	42182005-9999	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	64	UNIDAD	UNIDAD	YUSHI	CHINA	9.214.765	589 744 960	7.687.475	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA V&V S A EN EL ITEM N° 9
ARGON SRL					UNIDAD	UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	9 215 000	589 760.000	7.687.475	20%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
NADIE COTIZO	10	42183001-001	Equipo de Test de la Mirada Preferencial (Test Oftalmologico)	1	UNIDAD	UNIDAD	0	0	0	0	110 000 000		NADIE COTIZO	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO, CONFORME AL ART N° 30 INC. "a" LEY 2051/03 EN EL ITEM N° 10

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE N° 19/19

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOSPARA LA POLICLINICA DEL IPS" ID 355.591

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION	OBSERVACIONES E INFORME TECNICO	SUGERENCIAS
ALBATROS SACI	11	42183301-9999	Estación de Diagnostico para Otorrinolaringología (Estación Integrado para Otorrinolaringologia)	6	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	930.000.000	5.580.000.000	650.750.000	43%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ALBATROS SACI EN EL ITEM N° 11
V&V	12	41104506-002	ESTUFA DE ESTERILIZACION	1	UNIDAD	UNIDAD	BIOBASE	CHINA	10.950.000	10.950.000	9.229.146	19%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO, CONFORME AL ART. N° 30 INC. "b" LEY 2051/03 EN EL ITEM N° 12
ARGON SRL	12	41104506-002	ESTUFA DE ESTERILIZACION	1	UNIDAD	UNIDAD	GEMMY	TAIWAN	11.000.000	11.000.000	9.229.146	19%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL	13	42183029-001	FOROPTERO	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	42.500.000	340.000.000	35.475.000	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 13
ARGON SRL	14	42295009-001	FRONTO LUZ PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	9	UNIDAD	UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	11.888.888	106.999.992	13.238.800	-10%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO, CONFORME AL ART. N° 30 INC. "b" LEY 2051/03 EN EL ITEM N° 14
ALBATROS SACI	14	42295009-001	FRONTO LUZ PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	9	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	12.250.000	110.250.000	13.238.800	-7%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
V&V	15	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	9	UNIDAD	UNIDAD	ARI	CHINA	1.008.888	9.079.992	850.000	19%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON S.A. EN EL ITEM N° 15, CONFORME AL DECRETO 9649 LEY 4558/2011 MARGEN DE PREFERENCIA PRODUCTOS NACIONALES
ARGON SRL	15	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	9	UNIDAD	UNIDAD	ESTRELLA	PARAGUAY	1.010.000	9.090.000	850.000	19%	CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL	16	42183023-006	LAMPARA DE HENDIDURA	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	64.480.000	515.840.000	53.783.333	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 16
V&V	17	39101602-003	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	1	UNIDAD	UNIDAD	ARI	CHINA	34.000.000	34.000.000	27.912.417	22%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART. 30 INC "b" LEY 2051/03 EN EL ITEM 17
ARGON SRL	17	39101602-003	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	1	UNIDAD	UNIDAD	HEAL FORCE	CHINA	34.735.008	34.735.008	27.912.417	24%	NO CUMPLE CON LAS EETT	

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eladio José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE N° 19/19
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOSPARA LA POLICLINICA DEL IPS" ID 355.591

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION	OBSERVACIONES E INFORME TECNICO	SUGERENCIAS
ARGON SRL	18	42183023-005	LENSOMETRO	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	8.150.000	65.200.000	6.800.000	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 18
ALBATROS SACI	19	41111738-002	NasoFibroscopio de Extracción de muestras (Fibroscopio)	1	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	85.000.000	85 000 000	85.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ALABTROS SACI EN EL ITEM N° 18
ALBATROS SACI	20	41111738-002	NasoFibroscopio de inspección (Fibroscopio)	1	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	75 000.000	75 000 000	75.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ALBATROS SACI EN EL ITEM N° 20
V&V	21	42182005-003	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	8	UNIDAD	UNIDAD	BOLAN	CHINA	6.800.000	54.400.000	5.740 500	18%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON S.A. EN EL ITEM 21
ARGON SRL						UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	6.875.000	55 000 000	5 740 500	20%	CUMPLE CON LAS EETT	
V&V	22	42182005-004	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	8	UNIDAD	UNIDAD	BOLAN	CHINA	29.750.000	238.000 000	24.913 333	19%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 22
ARGON SRL						UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	29.862.500	238 900.000	24.913.333	20%	CUMPLE CON LAS EETT	
V&V	23	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO	10	UNIDAD	UNIDAD	ACCURATE	CHINA	4.220 000	42 200.000	3 543 000	19%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA V&V S.A. EN EL ITEM N° 23
ARGON SRL						UNIDAD	EDAN	CHINA	4.240 000	42 400 000	3 543 000	20%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
ALBATROS SACI						UNIDAD	ADVANCED	USA	5.600 000	56 000 000	3 543 000	58%	NO CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL	24	42183023-003	PROYECTOR OPTOTIPO	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	13.337 500	106 700.000	11.123 333	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 24

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Ernesto Palacios
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE N° 19/19

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOSPARA LA POLICLINICA DEL IPS" ID 355.591

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION	OBSERVACIONES E INFORME TECNICO	SUGERENCIAS
NADIE COTIZO	25	42183028-9999	Regla de Esquioscopia (Regla Oftalmológica)	4	UNIDAD	UNIDAD	0	0	0	0	3 300 000		NADIE COTIZO	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO, CONFORME AL ART. N° 30 INC. "a" LEY 2051/03 EN EL ITEM N° 25
ARGON SRL	26	42183023-004	RETINOSCOPIO	8	UNIDAD	UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	6.875.000	55.000.000	5.751.250	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 26
ARGON SRL	27	42183023-004	SILLON DE INSPECCION ELECTRICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	2	UNIDAD	UNIDAD	OTOPRONT	ALEMANIA	137 000 000	274 000 000	115.000.000	19%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 27
NADIE COTIZO	28	42183023-012	SINOPTOFORO (SINOTOFORO)	2	UNIDAD	UNIDAD	0	0	0	0	77 000.000		NADIE COTIZO	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO, CONFORME AL ART. N° 30 INC. "a" LEY 2051/03 EN EL ITEM N° 28
ARGON SRL	29	42183018-002	TONOMETROS DE APLANACION	8	UNIDAD	UNIDAD	HAAG STREIT	SUIZA O ALEMANIA	18.000 000	144 000.000	15 050 000	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 29
ALBATROS SACI	30	42294801-9996	TORRE DE ENDOSCOPIA NASAL	1	UNIDAD	UNIDAD	KARLS STORZ	ALEMANIA	302.000.000	302.000 000	302 386 400	0%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ALBATROS SACI EN EL ITEM N° 30
ARGON SRL	31	42183022-9999	Unidades de Refracción (Equipo de Refracción)	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	73.750.000	590.000.000	61 525 000	20%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ARGON SRL EN EL ITEM N° 31

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eduardo José Olivares Pereira
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE N° 19/19

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOSPARA LA POLICLINICA DEL IPS" ID 355.591

EMPRESA	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION	OBSERVACIONES E INFORME TECNICO	SUGERENCIAS
V&V	32	42182003-001	VIDEOCOLPOSCOPIO	2	UNIDAD	UNIDAD	JUMBO	CHINA	69.500.000	139.000.000	74.092.857	-6%	NO CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO SA EN EL ITEM N° 32
LA CASA DEL MEDICO							MEDPEJ	BRASIL	70.000.000	140.000.000	74.092.857	-6%	CUMPLE CON LAS EETT	
ARGON SRL							ACLERIS	USA	70.500.000	141.000.000	74.092.857	-5%	CUMPLE CON LAS EETT	

APLICACIÓN MARGEN DE PREFERENCIA 20% PRODUCTOS NACIONALES DECRETO 9649 LEY 4558/2011

										20% PREFERENCIA DECRETO 9649 LEY 4558/2011	
V&V	5	42192207-005	CAMILLA DE INSPECCION	65	UNIDAD	UNIDAD	AEGEA	CHINA	1.201.000	240.200	1.441.200
LA CASA DEL MEDICO					UNIDAD	UNIDAD	MEDIMUEBLE	RAPAGUAY	1.201.538	0	1.201.538
ARGON SRL					UNIDAD	UNIDAD	ESTRELLA	PARAGUAY	1.207.692	0	1.207.692
V&V	15	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	9	UNIDAD	UNIDAD	ARI	CHINA	1.008.888	201.778	1.210.666
ARGON SRL	15	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	9	UNIDAD	UNIDAD	ESTRELLA	PARAGUAY	1.010.000	0	1.010.000

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eugenio José González Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LPN SBE N° 19/19

Item 1: Aspirador Quirurgico Portatil

		Especificaciones Técnicas										
		Oferentes	**V & V S.A.-**			**SOLUMEDIC S.A.-**			**ARGON S.R.L.-**			
		Monto Total Oferta	**69.500.000**			**70.000.000**			**87.999.000**			
		Monto total Referencial	**71.874.996**			**71.874.996**			**71.874.996**			
		Diferencia porcentual (%)	**-3,30**			**-2,61**			**22,43**			
1	1	**Datos Generales**										
1	1.1	Descripción general: Equipo biomédico diseñado para la aspiración de fluidos corporales, gases, tejidos y huesos de pacientes durante o después de la cirugía.-	Descripción general: Equipo biomédico diseñado para la aspiración de fluidos corporales, gases, tejidos y huesos de pacientes durante o después de la cirugía.-			Descripción general: Equipo biomédico diseñado para la aspiración de fluidos corporales, gases, tejidos y huesos de pacientes durante o después de la cirugía.-			Descripción general: Equipo biomédico diseñado para la aspiración de fluidos corporales, gases, tejidos y huesos de pacientes durante o después de la cirugía.			
1	2	**Datos proveídos por el oferente**										
1	2.1	Marca:	ELMASLAR. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			OLIDEF. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			GEMMY. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
1	2.2	Modelo:	SADHT. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			A45 PLUS. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			SU-305. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
1	2.3	Origen:	TURQUIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			BRASIL. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			TAIWAN. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.elmaslarmedikal.com.tr			www.olidef.com.br/es.-			www.gemmy.com.tw			
		Criterios de evaluación										
1	3	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE y se adjunta declaración de conformidad de la norma CE. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-***	004.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas ***(REF Nota 351/19).-***	.....	SI.-	Certificado CE.-	156.-	
1	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	10.-	SI.-	Norma ISO13485.-	13.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	157.-	
1	4	**Características**										

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Ramírez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

1	4.1	Flujo de aspiración de 45 l/min o más.-	SI.-	Flujo de aspiración: 60-90l/min. ***Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	11.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas ***(REF Nota 351/19).-***	.....	SI.-	Flujo de aspiración: 60-90l/min.80LPM. ***Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-***	159.-
1	4.2	Control de intensidad del vacío: desde 0 mmHg hasta 500 mmHg o más.-	SI.-	Control de intensidad del vacío:700mmHg. ***Hoja de datos técnicos Esmalar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	11.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas ***(REF Nota 351/19).-***	.....	SI.-	Control de intensidad del vacío:710mmHg. ***Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-***	159
1	4.3	Regulación de presión mediante pedal y manualmente o regulación manual con activación de aspiración por pedal.-	SI.-	Regulación de presión:se visualiza pedal opcional para este modelo. ***Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	11.-	SI.-	Regulación de presión manual y activación de aspiración por pedal. ***Manual de uso aspirador olidef A45 Plus-8-Intrucciones de operación-8.1 - A-45 con frasco colector.-***	14.-	SI.-	Regulación de presión manual y activación de aspiración por pedal. ***Hoja de datos técnicos Gemmy-Operación-Instrucciones para el trasbajo de botella-como operar interruptor de pie.-***	160.-
1	4.4	Bomba de vacío tipo rotativo a paletas o tornillos.-	NO.-	Bomba de pistón sin aceite. **Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT.** ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	11.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas ***(REF Nota 351/19).-***	.....	SI.-	Tipo rotativo a paletas. ***Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-***	159.-
1	4.5	Interrupción automática de la aspiración al alcanzar el nivel máximo.-	SI.-	Interrupción automática de la aspiración por medio de sistema de flotación. ***Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	11.-	SI.-	Sensor electrónico para detección de frasco lleno. Con alarma audio visual. ***Manual de uso aspirador olidef A45 Plus- 8.3 Opcionales-A)sistema electrónico para detección de frasco lleno.-***	16.-	SI.-	Interrupción automática de la aspiración al alcanzar el nivel máximo.***Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-***	159.-
1	4.6	Filtro de seguridad para impedir entrada de secreciones a la bomba.-	SI.-	Filtro de seguridad y un sistema de flotación para impedir entrada de secreciones a la bomba.***Manual de usuario Elmaslar/safety systems.Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-***	007.-	SI.-	Válvula de seguridad anti trasborde. ***Manual de uso aspirador olidef A45 Plus-5-Montaje de los frascos colectores.-***	14.-	SI.-	Incorpora un accesorio preventivo de sobre flujo para evitar que fluidos entren al motor y la bomba. ***Hoja de datos técnicos Gemmy-Operación: Instrucciones para el trabajo de botella.-***	160.-
1	4.7	Uno o dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 5 litros o más en total, con escala de volumen.-	SI.-	Dos (02) frascos de 5l. Con escala de volúmen. ***Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	11.-	SI.-	Con dos 2 frascos colectores. ***Manual de uso aspirador olidef A45 Plus-5-Montaje de los frascos colectores.-***	14.-	SI.-	Dos (02) botellas de 3litros de policarbonato cada una. ***Hoja de datos técnicos Gemmy- (Imagen)/Información de seguridad-Especificaciones.-***	158. 159.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Valdez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

I	4.8	Frasco con boca de 10 cm o más de diámetro y tapa desmontable y hermética.-	SI.-	20cm(aprox.) de diámetro en la boca con tapas herméticas desmontables.*Nota de aclaración del fabricante Elmaslar. Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-*	005.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas *(REF Nota 351/19).-*	.....	SI.-	15,7 de diametro en la boca con tapa (desmontable y hermética). *Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-*	159.-
I	4.9	Filtro antibacteriano e hidrófobo.-	SI.-	Filtro hidrofobo. *Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	11.-	SI.-	Micro filtro. *Manual de uso aspirador olidef A45 Plus-5-F) Microfiltro.-*	18.-	SI.-	Filtro antibacteriano e hidrófobo. *Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones/Filtro antibacteriano e hidrofobo.-*	161.-
I	4.10	Con vacuómetro de 0% a 110% (tolerancia: +20%, -5%) del rango del equipo.-	SI.-	Con vacuómetro de 0% a 110% (tolerancia: +, -2.5%) del rango del equipo. *Nota de aclaración del fabricante Elmaslar. Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-*	005.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas *(REF Nota 351/19).-*	.....	SI.-	Con vacuómetro de 0% a 110%. del rango del equipo. *Hoja de datos técnicos unidad de succión modelo SU 305-Vacuómetro. Respuestas a consultas realizadas.-*	04.-
I	4.11	Para uso continuo.-	SI.-	Pedal para accionamiento continuo/intermitente.*Nota de aclaración del fabricante Elmaslar. Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-*	005.-	SI.-	Pedal para accionamiento continuo/intermitente. *Manual de uso aspirador olidef A45 Plus-8- Innstrucciones de operación- 8.1-A-45 con frasco colector.-*	14.-	SI.-	Para uso continuo. *Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad.-*	159.-
I	4.12	Transporte sobre ruedas antiestáticas con freno, con manijas de jalar.-	SI.-	Equipo con cuatro (04) ruedas con frenos. *Hoja de datos técnicos Esmalar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	11.-	SI.-	Transporte sobre 5 (cinco) ruedas antiestáticas con freno, con manija de jalar. *Manual de uso aspirador Olidef A45 Plus-8.3 -OPCIONALES - B) Soporte del aspirador.*	16.-	SI.-	Cuatro (04) ruedas con frenos y asas. *Hoja de datos técnicos Gemmy-Partes y accesorios del equipo.-*	164.-
I	4.13	Ruido menor o igual a 60 dB.-	SI.-	Ruido: menor a 50dB. *Hoja de datos técnicos Esmalar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	11.-	NO.-	No se encuentra información solicitada pese a consultas realizadas *(REF Nota 351/19).-*	.....	SI.-	Ruido [60dB. . *Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-*	159.-
I	4.14	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). *Hoja de datos técnicos Elmaslar SA01HT. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	11.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). *Manual de uso aspirador olidef A45 Plus-6- Instalación del equipo.-*	17.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). *Hoja de datos técnicos Gemmy-Información de seguridad-Especificaciones.-*	159.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

1	5	**Accesorios (por cada equipo)**									
1	5.1	Cinco (5) tubuladuras de conexión.-	SI.-	Oferente proveerá cinco tubuladuras. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	109.-	SI.-	Oferente proveerá cinco (5) tubuladuras de conexión. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	12.-	SI.-	Oferente proveerá cinco (5) tubuladuras de conexión. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	155.-
1	5.2	Veinte juegos de filtro de aire.-	SI.-	Oferente proveerá 20 juegos de filtros. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	109.-	SI.-	Oferente proveerá veinte juegos de filtro de aire. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	12.-	SI.-	Oferente proveerá veinte juegos de filtro de aire. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	155.-
1	5.3	Diez (10) Picos y sondas de succión descartables.-	SI.-	Diez (10) picos con sus sondas. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	109.-	SI.-	Oferente proveerá diez (10) Picos y sondas de succión descartables. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	12.-	SI.-	Oferente proveerá diez (10) Picos y sondas de succión descartables. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	155.-
1	5.4	Uno o dos (de acuerdo a la cantidad utilizada por el equipo) frasco (s) de repuesto.-	SI.-	Oferente proveerá dos (02) frascos . ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	109.-	SI.-	Oferente proveerá dos frascos de repuesto. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	12.-	SI.-	Oferente proveerá dos frascos de repuesto. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	155.-

Item 2: Balanza adulto digital

		Especificaciones Técnicas		
		Oferentes	**V & V S.A.-**	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**253.782.000**	**422.004.000**
		Monto total Referencial	**352.129.977**	**352.129.977**
		Diferencia porcentual (%)	**-27,93**	**19,84**
2	1	**Datos Generales**		
2	1.1	Descripción: Dispositivo utilizado para medir masa de un paciente adulto.	Descripción: Dispositivo utilizado para medir masa de un paciente adulto.-	Descripción: Dispositivo utilizado para medir masa de un paciente adulto.-
2	2	**Datos proveídos por el oferente**		
2	2.1	Marca:	V&V. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	SECA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
2	2.2	Modelo:	***TCS-ZFPlanilla de especificaciones técnicas.-***	704. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
2	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Valdos
Dirección Jurídica
Apoderado Gral. C.S.J. Nº 25.175

2	2.4	Dirección Web del fabricante:	NO APLICA.-			www.seca.com.-			
		Criterios de evaluación							
2	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
2	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.*Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019. y nota 698/19.*	014,001.-	SI.-	Certificado CE (Declaracion de conformidad D05-09-016). *Respuestas a consultas realizadas.-*	06.-
2	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO13485. *Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	015.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	167.-
2	**4**	**Características**						
2	4.1	Balanza digital.-	SI.-	Balanza Digital. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III (imagen).Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	020.-	SI.-	Balanza digital con transmisión inhalambrica. *Hoja de datos técnicos Seca 704.-*	168.-
2	4.2	Capacidad en el rango de 0 a 300 kg por lo menos.-	SI.-	Capacidad: 0-300kg. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III (imagen)- Especificaciones técnicas.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	020.-	SI.-	300kg. *Hoja de datos técnicos Seca 704. Datos técnicos.-*	168.-
2	4.3	Divisiones de 50g.-	SI.-	Divisiones de 0.1 Kg y 0.05Kg (50 g) opcional. *Catálogo de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III - Datos técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-*	009.-	SI.-	50g. *Hoja de datos técnicos Seca 704. Datos técnicos.-*	168.-
2	4.4	Función de ajuste a cero.-	SI.-	Ajuste a cero. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III-3. Ajuste de peso. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	018.-	SI.-	Ajuste a cero más funciones especificas de de tarado. *Hoja de datos técnicos Seca 704- Datos técnicos-Pre-TARA, función madre/bebé, HOLD y Auto-HOLD en pocos instantes.-*	168.-
2	4.5	Clase III.-	SI.-	CLASE III. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III .-*	016.-	SI.-	Clase III. *Hoja de datos técnicos Seca 704. Datos técnicos.-*	168.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

2	4.6	Material resistente a la corrosión.-	SI.-	Estructura fabricada en aluminio y plástico ABS, ligero y resistente con revestimiento anticorrosión.*Catálogo.Respuestas a consultas realizadas según nota 698/19.*	008.-	SI.-	Estructura firme y estable montada sobre base maciza de hierro fundido. *Hoja de datos técnicos Seca 704- Carga con todo, hasta 300 kg.-*	168.-
2	4.7	Superficie de pesaje antideslizante.-	SI.-	Cubierta antideslizante.*Catálogo/Hoja de datos técnicos.Respuestas a consultas realizadas según nota 698/19.*	009-	SI.-	Cubierta antideslizante de caucho ranurado. *Hoja de datos técnicos Seca 704- Carga con todo, hasta 300 kg.-*	168.-
2	4.8	Display donde se visualicen el peso.-	SI.-	Display retroiluminado. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	016.-	SI.-	Display donde se visualicen el peso. *Hoja de datos técnicos Seca 704- (imagen).-*	168.-
2	4.9	Talimetro con capacidad de 100 cm de hasta 200 cm con pasos de 2 mm o menos.-	SI.-	Talimetro con capacidad en el rango 60-200cm, con pasos de 1mm. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III- Especificaciones técnicas Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	020.-	SI.-	Talimetro con capacidad de 60 cm hasta 200 cm con pasos de 1 mm: *Manual de usuario Seca 704- 12- Accesorios. Respuestas a consultas realizadas.-*	07.-
2	4.10	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 110-240VAC-50/60Hz. *Manual de usuario y operación de balanza digital con altímetro TCS-ZF Clase III- Especificaciones técnicas Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	020.-	SI.-	Alimentación eléctrica:100- 240V CA ±10% / 50/60Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). *Manual de usuario Seca 704- 12- Accesorios. Respuestas a consultas realizadas.-*	07.-

Item 3: Cajas de prisma

Especificaciones Técnicas			
3	1	**Datos Generales**	
3	1.1	Descripción: Conjunto de lentes tipo primas para diagnóstico en Oftalmología.-	.....
3	2	**Datos proveídos por el oferente**	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos

3	2.1	Marca:	.....		
3	2.2	Modelo:	.....		
3	2.3	Origen:	.....		
3	2.4	Dirección Web del fabricante:	.....		
Criterios de evaluación					
3	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
3	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	.....	.....	.....
3	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	.....	.....	.....
3	**4**	**Características**			
3	4.1	Prismas con Dioptrias de 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 como mínimo.-	.....	.....	.....
3	4.2	Piezas: 15 (quince) como mínimo.-	.....	.....	.....
3	4.3	Tamaño: 37 x 37 mm como mínimo.-	.....	.....	.....
3	4.4	Maletín de resguardo de las lentes con ranuras o soportes para inmovilizar lo lentes una vez guardados.-	.....	.....	.....

Item 4: Caja de lentes

Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**57.797.000**
		Monto total Referencial	**48.593.328**
		Diferencia porcentual (%)	**18,94**
4	**1**		
4	1.1	Descripción: Cajas de lentes de prueba para uso en consultorios de oftalmología.-	Descripción: Cajas de lentes de prueba para uso en consultorios de oftalmología.-
4	**2**	**Datos proveídos por el oferente**	
4	2.1	Marca:	LUX VISION. *Planilla de especificaciones técnicas.-*
4	2.2	Modelo:	266. *Planilla de especificaciones técnicas.-*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

4	2.3	Origen:	USA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
4	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.usophthalmic.com.-		
		Criterios de evaluación			
4	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
4	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado FDA.-	170.-
4	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. *Respuestas a consultas realizadas.-*	28.-
4	4	**Características**			
4	4.1	**Caja de lentes**			
4	4.1.1	Caja con al menos 266 lentes de prueba.-	SI.-	Caja de 266 lentes. *Hoja de datos técnicos LUX Vision-Caja de pruebas.-*	172.-
4	4.1.2	Aros de plástico.-	SI.-	Aros de plástico. *Hoja de datos técnicos LUX Vision-Caja de pruebas. Respuestas a consultas realizadas.-*	29.-
4	4.1.3	Lentes de material orgánico.-	SI.-	Lentes de material orgánico. *Hoja de datos técnicos LUX Vision-Caja de pruebas. Respuestas a consultas realizadas.-*	29.-
4	4.2	**Gafas de pruebas**			
4	4.2.1	Distancia interpupilar ajustable entre 48 mm (o menor) a 80mm (o mayor).-	SI.-	Distancia interpupilar ajustable entre 48 mm a 80mm. *Hoja de datos técnicos LUX Vision-Armazón de prueba universal. Respuestas a consultas realizadas.-*	29.-
4	4.2.2	Marcación de ejes de astigmatismo de 0 a 180°.-	SI.-	Marcación de ejes de astigmatismo de 0 a 180°.*Hoja de datos técnicos LUX Vision-Armazón de prueba universal. Respuestas a consultas realizadas.-*	29.-
4	4.2.3	Apoyo nasal ajustable.-	SI.-	Nose pad button. *Hoja de datos técnicos LUX Vision-Caja de pruebas- Universal Trial Frames TF 35.-*	173.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Sánchez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

4	4.2.4	Marco ajustable en angulación y longitud.-	SI.-	Marco ajustable en angulación y longitud. ***Hoja de datos técnicos LUX Vision-Armazón de prueba universal. Respuestas a consultas realizadas.-***	29.-
4	4.2.5	Peso: 80g o menor.-	SI.-	Peso: 47g. ***Hoja de datos técnicos LUX Vision-Caja de pruebas- Universal Trial Frames TF 35. Features.-***	173.-
4	4.2.6	Capacidad de acomodar 3 probines como minimo.-	SI.-	Capacidad de acomodar 3 probines (lentes). ***Hoja de datos técnicos LUX Vision-Armazón de prueba universal. Respuestas a consultas realizadas.-***	29.-
4	4.2.7	Cantidad: 2 (dos) gafas por cada caja de lentes.-	SI.-	Oferente proveerá dos (02) gafas por cada caja de lentes. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	169.-

Item 5: Camilla De Inspeccion

		Especificaciones Técnicas			
		Oferentes	**V & V S.A.-**	**LA CASA DEL MEDICO S.A.-**	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**78.065.000**	**78.100.000**	**78.500.000**
		Monto total Referencial	**90.673.375**	**90.673.375**	**90.673.375**
		Diferencia porcentual (%)	**-13,91**	**-13,87**	**-13,43**
5	1	**Datos Generales**			
5	1.1	Descripción general: Camilla de inspección médica hospitalaria.	Descripción general: Camilla de inspección médica hospitalaria.	Descripción general: Camilla de inspección médica hospitalaria.-	Descripción general: Camilla de inspección médica hospitalaria.-
5	2	**Datos proveídos por el oferente**			
5	2.1	Marca:	AEGEA.	MEDIMUEBLE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	ESTRELLA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
5	2.2	Modelo:	AG-ECC01.-	CAMILLA FIJA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	CI-01. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
5	2.3	Origen:	CHINA.-	NACIONAL. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	Nacional. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
5	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.aegeanchina.com.-	www.lacasadelmedico.com.py.-	www.argomed.com.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Criterios de evaluación										
5	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
5	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	TITULO DE MARCA N° 330821.-	33.-	SI.-	Registro de marca.-	174.-
5	**4**	**Características**								
5	4.1	Estructura metálica de acero inoxidable o cromado o pintura epoxica.-	SI.-	Armazón con tratado anti-corrosión por el método de inmersión. Estructura metálica de acero inoxidable con acabado de pintura electrostática (opcional). ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01.Características.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	Estructura metálica de caño con pintura epoxica. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	Estructura metálica de acero con pintura epoxica. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	174.-
5	**4.2**	**Colchoneta:**								
5	4.2.1	Impermeable y resistente a líquidos agresivos.-	SI.-	Impermeable y resistente a líquidos agresivos. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01.Características. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	Impermeable y resistente a líquidos agresivos. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble.-***	46.-	SI.-	Tapizado en tela vinilica lavable de facil limpieza y desinfección. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-
5	4.2.2	Fácilmente lavable y desinfectable.-	SI.-	Fácilmente lavable y desinfectable. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01.Características.-***	SI.-	Fácilmente lavable y desinfectable. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble.-***	46.-	SI.-	De facil limpieza y desinfección. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-
5	4.2.3	De al menos 5 cm de espesor.-	SI.-	5.5 cm de espesor. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01. Características. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	5 cm de espesor. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	5cm de espesor. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-
5	4.3	Respaldo móvil en forma manual con grado de inclinación de 0 a 45° o más.-	SI.-	Respaldo móvil en forma manual con grado de inclinación de 0 a 45°. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01.Características.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	Respaldo móvil en forma manual con grado de inclinación de 0 a 45°. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	0-45° de inclinación de respaldo. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-
5	4.4	Medidas de la camilla dentro de los siguientes rangos: Ancho: 70 a 80 cm. Largo: 190 a 210 cm Alto: 60 a 70 cm.-	SI.-	Medidas de la camilla dentro de los siguientes rangos: Ancho: 70 cm. Largo: 195 cm Alto: 70 cm. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01.Características.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	Medidas de la camilla dentro de los siguientes rangos: Ancho: 70 cm. Largo: 190 cm Alto: 70 cm. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	largo 190cm, ancho 70cm, alto 70cm. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

5	4.5	Deberá soportar pacientes de 200 kg o más.-	SI.-	Soporta: 220 kg. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01.Características.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	Soporta pacientes de hasta 200 kg . ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	200kg. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-
5	4.6	La camilla deberá ser provelda con escalera de 2 peldaños como mínimo para el ascenso del paciente a la camilla.-	SI.-	Oferente proveerá escalera de dos peldaños con regatones de goma y base antideslizante. ***Hoja de datos técnicos AEGEAN Technology camilla fija AG-ECC01. Características.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	SI.-	Oferente proveerá con escalera de 2 peldaños para el ascenso del paciente a la camilla. ***Hoja de datos Camilla de inspección marca Medimueble.-***	46.-	SI.-	Escalera de 2 peldaños. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CI-01.-***	175.-

Item 6: Camilla de inspeccion ginecologica

		Especificaciones Técnicas						
		Oferentes	**V & V S.A.-**			**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**37.575.000**			**37.620.000**		
		Monto total Referencial	**31.379.994**			**31.379.994**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,74**			**19,89**		
6	**1**	**Datos Generales**						
6	1.1	Descripción: Camilla de inspección en consultorio ginecológico.	Descripción: Camilla de inspección en consultorio ginecológico.			Descripción: Camilla de inspección en consultorio ginecológico.		
6	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
6	2.1	Marca:	AEGEA.-			ESTRELLA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
6	2.2	Modelo:	AG-C307.-			CG-01. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
6	2.3	Origen:	CHINA.-			NACIONAL. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
6	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.aegeanchina.com.-			www.argonmed.com.-		
		Criterios de evaluación						
6	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
6	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.	SI.-	Certificado CE. Respuestas a consultas realizadas segun nota 108/2019.-	025.-	NO.-	Presenta registro de marca.-	177.-
6	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.	SI.-	Norma ISO13485. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-	027.-	NO.-	No presenta.-	N/A.-
6	**4**	**Características**						

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eduardo José Gonzalez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

6	4.1	Estructura tubular de acero con acabado cromo o satinada con pintura electrostática.-	SI.-	Estructura tubular de acero satinado con pintura electrostática. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	SI.-	Estructura tubular de acero esmaltado con pintura epoxi. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	177-178.-
6	4.2	Mesa de 3 secciones ajustables.-	SI.-	Mesa de 3 secciones ajustables electricamente. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas.-***	029.-	SI.-	Mesa lecho de 3 secciones ajustables. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-
6	4.3	Trendelenburg y Trendelenburg inverso opcional.-	SI.-	Sin movimiento de trendelemburg. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	NO.-	Sin mov. De tren. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-
6	4.4	Apoya piernas desmontables, de altura y ángulo regulable.-	SI.-	Apoya piernas desmontables. de altura y ángulo regulable. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	SI.-	Soporte de piernas ajustables en forma anatómicas. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-
6	**4.5**	**Colchoneta:**						
6	4.5.1	Impermeable de 7 cm de espesor como mínimo.-	SI.-	7cm de espesor. Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	SI.-	7cm de espesor. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Pulcios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

6	4.5.2	De fácil lavado, resistente a líquidos agresivos (Hipoclorito de sodio).-	SI.-	De fácil lavado, resistente a líquidos agresivos. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	SI.-	Facilidad de limpieza desinfección y mantenimiento. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-
6	4.5.3	Fija al lecho de la camilla, que acompañe el movimiento de la cabecera y quede fija a la sección inferior.-	SI.-	Fija al lecho de la camilla, acompaña el movimiento de la cabecera y queda fija a la sección inferior. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	SI.-	Fija a la plataforma de soporte de la camilla. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-
6	4.7	Ruedas con sistema de freno en las 4 ruedas (opcional).-	SI.-	sin ruedas. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-C307. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	029.-	SI.-	Sin ruedas. ***Hoja de datos técnicos camilla Estrella CG-01.-***	178.-

Item 7: Desfibrilador Con Carro De Paro

	Especificaciones Técnicas						
	Oferentes	V & V S.A.-	SOLUMEDIC S.A.-	LA CASA DEL MEDICO S.A.-	ALBATROS S.A.C.I.-	ARGON S.R.L.-	D.Y.S.A HEALTHCARE S.A.-
	Monto Total Oferta	108.998.000	109.000.000	115.300.000	129.500.000	150.000.000	169.000.000
	Monto total Referencial	101.366.600	101.366.600	101.366.600	101.366.600	101.366.600	101.366.600
	Diferencia porcentual (%)	7,53	7,53	13,75	27,75	47,98	66,72
7 I	Datos Generales						

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	1.1	Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.	Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.			Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.			Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.			Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.			Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.			Descripción: Equipo biomédico diseñado para entregar corriente eléctrica al músculo cardiaco a través de la pared del tórax que incluya un carro de paro.		
7	2	**Datos proveídos por el oferente**																		
7	2.1	Marca:	INNOMED. *Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-*			MINDRAY. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			NIHON KOHNDEN. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			INSTRAMED/CARDINAL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			CU MEDICAL SYSTEMS, INC. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			PHILIPS-EFFICIA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
7	2.2	Modelo:	Cardio Aid 360-B. *Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-*			BENEHEART D3. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			TEC-5631. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			CARDIOMAX. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			CU-HDI. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			DFM100. *Planilla de especificaciones Técnicas.-*		
7	2.3	Origen:	HUNGRIA. *Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-*			CHINA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			JAPON. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			BRASIL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			KOREA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			CHINA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
7	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.innomed.hu.-			http : www.mindray.com			www.nihonkohden.com.jp.-			www.instramed.com.br www.cardinal.com.br.-			www.cu911.com.-			www.philips.healthcare.com.-		
Criterios de evaluación																				
7	3	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
7	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE. *Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	32, 33.-	SI.-	Certificado CE.-	25,26.-	SI.-	Certificado CE (declaracion de conformidad 1115). Respuestas a consultas realizadas.-	....	SI.-	Certificado CE.-	28, 29, 30.-	SI.-	Certificado CE. *Respuestas a consultas realizadas.*	31.-	SI.-	Certificado CE.-	33, 34.-
7	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. *Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	35, 36.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	27, 28, 29.-	SI.-	Norma ISO 13485 (declaración de conformidad 1115).. Respuestas a consultas realizadas.-	....	SI.-	Norma ISO 13485. *Respuesta a consultas realizadas.-*	3.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	185.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	32.-
7	4	**Características**																		

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Gonzalez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

7	4.1	Modos de funcionamiento: - Desfibrilación manual. - Modo semiautomático (modo DEA). - Cardioversión sincronizada. - Marcapasos transcutáneo. - Monitoreo continuo.-	SI.-	Modos de funcionamiento: - Desfibrilación manual. - Modo semiautomático (modo DEA). - Cardioversión sincronizada. - Marcapasos transcutáneo. - Monitoreo continuo. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B - Especificaciones técnicas-Desfibrilador/Marca pasos (opcional)/DEA/ECG. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37, 38.-	SI.-	Modo manual asincrono, manual sincrono (cardioversion), modo AED, monitoreo diagnóstico continuo y estimulación cardíaca no invasiva (marcapasos transcutáneo). ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3.Diseño 4 en 1 y funcion potente para aplicaciones de espectro completo.-***	31.-	SI.-	Modos de funcionamiento: - Desfibrilación manual. -Modo DEA. - Cardioversión sincronizada. - Marcapasos transcutáneo. - Monitoreo continuo. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Desfibrilador/Monitor/No invasiva de estimulación.-***	56, 57.-	SI.-	Modos de funcionamiento: - Desfibrilación manual. -Modo DEA. - Cardioversión sincronizada. - Marcapasos transcutáneo. - Monitoreo continuo. ***Manual del usuario CardioMax/introducción-Finalidad y aplicación/Características.-***	31.-	SI.-	Manual,AED, cardioversión sincronica,monitoreo continuo, modo de marcapasos no invasivo.***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-***	186.-	SI.-	Modos de funcionamiento: - Desfibrilación manual. - Modo semiautomático (modo DEA). - Cardioversión sincronizada. - Marcapasos transcutáneo. - Monitoreo continuo. **Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Modo de desfibrilación manual/modo DEA/Monitorización de ECG y Arritmias/Estimulación de marcapasos no invasiva.-**	22, 23.-
7	4.2	Pantalla LCD a colores de 14 cm (5.6 pulgadas) como minimo .-	SI.-	Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas.***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-pantalla. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019 .-***	37.-	SI.-	Pantalla tipo TFT color de 7 pulgadas. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Pantalla.-***	34.-	SI.-	Pantalla LCD TFT de 6,5 " con resolución VGA. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Monitor.-***	56.-	SI.-	Pantalla LCD TFT de 8 4 " con resolución VGA. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-Visor.-***	31.-	SI.-	Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-***	186.-	SI.-	Pantalla LCD a colores de 17. 8 cm (7 pulgadas). ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Pantalla.-***	24.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.3	Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español.-	SI.-	Esta disponible en diferentes configuraciones de idiomas. Expansión flexible del rango de idiomas: mensajes de pantalla, etiquetas, manuales y mensajes de voz. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Multi.lenguaje. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español (idioma seleccionale en menu ajuste general. ***Manual del operador Mindray Beneheart D3-22.3.1 Menú Ajuste general. -***	38.-	SI.-	Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español. ***Manual de usuario desfibrilador nihon kohden TEC-5611, TEC-5621, TEC5631—2 Descripción de paneles-Panel frontal. Manual de usuario nihon kohden- 4. Maintenance-Configuration Screen-To select a setting for "1. Installed Language". Respuestas a consultas realizadas.-***	....	SI.-	Permite elegir el idioma en el que los menús del Cardiomax serán representados. ***Manual del usuario CardioMax-Pantalla y operación/Modo desfibrilador-Pantallas de resultado de las pruebas funcionales..-***	35.-	SI.-	Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español. ***Manual de usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1- 2.4 -Elementos que componen la pantalla (se adjuntan imágenes de pantalla)/Símbolo y descripción de las teclas programables en idioma español. Respuestas a consultas realizadas.-***	32.-	SI.-	Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español. ***Manual del usuario Philips Efficia DFM100-2-Orientación básica-Panel frontal del equipo- Figura 1-pág. 6/Pantalla (figura 26-Distribución de pantalla general)-pág 29. Respuestas a consultas realizadas.-***	....
7	4.4	Memoria para almacenar sucesos.-	SI.-	Almacenamiento e impresión de eventos.***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Almacenamiento e impresión de eventos.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Memoria capaz de almacenar hasta 1000 eventos por paciente. Almacenamiento máximo de hasta 100 pacientes. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Almacenamiento de datos.-***	35.-	SI.-	Dispositivo de almacenamiento SD (1gb, 2 gb) para informes de desfibrilación,informes de alarmas, datos de ECG e informes de eventos. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Interfaz.-***	57.-	SI.-	Cuenta con 2 Mb de memoria para almacenamiento de eventos. El almacenamiento puede ser automático o manual. ***Manual del usuario CardioMax-Eventos y almacenamiento de datos.-***	32.-	SI.-	Tarjeta SD. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Almacenamiento de datos.-***	186.-	SI.-	Memoria para almacenar sucesos.***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Almacenamiento de datos del paciente.-***	28.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S. J. N° 25.175

7	4.5	Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC.-	SI.-	Sistema de almacenamiento de eventos a través de dispositivo USB para exportar a ordenador y generar documento PDF para informe a partir de los datos exportados. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Almacenamiento e impresión de eventos/Almacenamiento de datos-Capacidad. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37, 38.-	SI.-	Los datos puede ser exportar a un PC mediante una memoria Flash USB (una licencia por equipo). ***Manual del operador Mindray Beneheart D3-2. Conceptos Básicos-2.1 Descripción general/ Carta de certificación del Fabricante.Respuestas a consultas realizadas.-***	....	SI.-	Software para PC (QP-551VK) para manejo de datos del desfibrilador y generacion de reportes. Oferente proveerá cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. ***Manual de usuario Defibrillator Report Viewer Software QP-551 VK. Respuestas a consultas realizadas.-***	....	SI.-	La conexión del CardioMax a un PC, requiere la instalación del aplicativo Soft DEA en la computadora a la cual se hará la conexión. Este software está en el CD que acompaña al aparato. ***Manual del usuario CardioMax. Capítulo 16- Conexión con el PC-Requisitos. Respuestas a consultas realizadas.-***	33.-	SI.-	Oferente proveerá Software para gestión de datos y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Partes y accesorios-Opcional.-***	180, 186.-	SI.-	Oferente proveerá dispositivo de almacenamiento USB propietario para extraer datos en una PC. Esto permitirá la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Dispositivo USB.-***	15, 29.-
7	4.6	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 90 a 240V CA ±10% / 47 a 63Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Fuente de alimentación.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 100 a 240V CA ±10% / 50/60 Hz (±3 Hz). ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Alimentación-Alimentación CA.-***	34.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 100 a 240V CA ±10% / 50/60 Hz . ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Requisitos de energía.-***	57.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 110 o 220V CA . ***Manual del usuario CardioMax-Cuidados y mantenimiento-Batería removible.-***	33.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 100 a 240V AC / 50/60 Hz (±3 Hz). ***Manual de usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1- Módulo de alimentación eléctrica de CA. Respuestas a consultas realizadas.-***	36.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 100 a 240V CA 50/60Hz. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Ambientales.-***	29.-
7	**4.2**	**Desfibrilador**																		

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.2.1	Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación.-	SI.-	Forma de onda STAR bifasica truncada exponencial. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Onda bifásica truncada exponencial , con compensación de impedancia. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Desfibrilador.-***	35.-	SI.-	Onda bifásica truncada exponencial constante. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Desfibrilador-Forma de onda de salida.-***	56.-	SI.-	Forma de onda exponencial truncada bifásica con parámetros ajustablesen funcion a la impedancia del paciente. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad.-***	34.-	SI.-	Bifásica truncada exponencial. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Desfibrilación-Desfibrilación común.-***	186.-	SI.-	Forma de onda bifásica exponencial truncada para la terapia de desfibrilación. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Desfibrilador.-***	20.-
7	4.2.2	Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Limite inferior: 2 Joules o menos. Limite superior: 200 Joules o más.-	SI.-	Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. 2 a 360 Joules en 15 pasos. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Limite inferior: 1 Joule . Limite superior: 360 Joules. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Desfibrilador.-***	35.-	SI.-	Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Limite inferior: 2 Joules. Limite superior: 270 Joules. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Desfibrilador-***	56.-	SI.-	Desfibrilación seleccionada por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 1 Joule; Límite superior: 360 Joules. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-Desfibrilador.-***	34.-	SI.-	inferior 1J, superior 200J. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Desfibrilación-Desfibrilación manual.-***	186.-	SI.-	Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 1 Joule. Límite superior: 200 Joules. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Modo de desfibrilación manual.-***	22.-
7	4.2.3	Capacidad de autodescarga cuando no se utilice.-	SI.-	Desarma automáticamente luego de 30 segundos. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Capacidad de autodescarga cuando no se utilice. ***Carta de certificación del Fabricante.Respuestas a consultas realizadas.-***	....	SI.-	Capacidad de autodescarga cuando no se utilice (descarga interna automática). ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Desfibrilador-descarga interna automática.-***	56.-	SI.-	Permite configurar el tiempo de la descarga interna automática de la energia almacenada en el CardioMax. ***Manual del usuario CardioMax-Pantalla y operación-2. Modo desfibrilación.-***	34.-	SI.-	Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un tiempo de 15 segundos. ***Manual de usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1- 5.3 Realización de una desfibrilación manual (asincronica)- 5.3.3 Realización de una desfibrilación. Respuestas a consultas realizadas.-***	38.-	SI.-	Capacidad de autodescarga cuando no se utilice. ***Manual del usuario Philips Efficia DFM100-5-Opción del modo DEA (pág. 68). Respuestas a consultas realizadas.-***	....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

7	4.2.4	Con sistema para probar energía de descarga.-	NO.-	La información provéida por el oferente no se corresponde con la funcionalidad solicitada. Se presenta información sobre autotest (Wake-up selftest). El mismo no indica en su contenido procedimientos de prueba de descarga de energía de desfibrilación, que es la funcionalidad solicitada, solo menciona " El autotest automático no controla por ejemplo la impresión , la iluminación de fondo, ***el circuito de carga de alta tensión,.....".*** ***Manual de usuario Cardio-Aid 360B R-5656-10-V041-13.3.6.5 Wake-up Selftest (autotest automático). Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-***	011.-	SI.-	Con sistema para probar energía de descarga. ***Carta de certificación del Fabricante.Respuestas a consultas realizadas.-***	....	SI.-	Con sistema para probar energía de descarga (autotest). Mensual: circuito de alto vltaje (270 J de carga y descarga interna) altavoz, indicador de estado y elementos del autotest diarias. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Autotest.-***	57.-	SI.-	Con sistema para probar energía de descarga. ***Manual del usuario CardioMax-Modo desfibrilador-Pantalla de resultado de las pruebas funcionales.-***	35.-	SI.-	Pruebas automáticas en diferentes modalidades. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-AutoPrueba Automática.***	186.-	SI.-	Con sistema para probar energía de descarga. ***Manual del usuario Philips Efficia DFM100-18-(para realizar un test de choque semanal) (pág. 234). Respuestas a consultas realizadas.-***	....
7	4.2.5	Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 200 Joules o más.-	SI.-	Capacidad de cargar en 4.5 segundos a 360 Joules. **Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-**	37.-	SI.-	Tiempo de carga inferior a 5 segundos a 200 joules con bateria recien cargada. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Desfibrilador.-***	35.-	SI.-	Capacidad de cargar en menos de 5 segundos a 270 Joules. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/desfibrilador.-***	56.-	SI.-	Capacidad de cargar en un tiempo menor a 6 segundos a la energia de 200 Joules. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad.-***	35.-	SI.-	Menos de 5s a 200 joules. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Desfibrilación-Desfibrilación común.-***	186.-	SI.-	Capacidad de cargar en menos de 6 segundosa 200 Joules. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Desfibrilador.-***	20.-
7	4.3	**Palas**																		

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.3.1	Para pacientes adultos.-	SI.-	Para pacientes adultos. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Manejo simple ALL-IN-HAND.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Modo adulto/pediátrico. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Reanimación Eficaz-Modo adulto/pediátrico.-***	33.-	SI.-	Para pacientes adultos (paddle externa con paletas niño incluidas)-. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Accesorios estandar.-***	58.-	SI.-	Con Palas ***para pacientes Adultos. Manual del usuario CardioMax- Modo desfibrilador.-***	36.-	SI.-	Adultos y niños. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Partes y accesorios-Paquete estándar.-***	186.-	SI.-	Para pacientes adultos.***Hojas de datos técnicos philips efficia DFM100-DEA-Energía de DEA. Respuestas a consultas realizadas.-***	23.-
7	4.3.2	Para descarga externa.-	SI.-	Para descarga externa. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador-Electrodos desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Paletas para descarga externa. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3- Desfibrilación rápida-Paletas externas con botones de función.-***	32.-	SI.-	Para descarga externa. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Desfibrilador.-***	56.-	SI.-	Palas adutlo/infantil para descarga externa. ***Manual del usuario CardioMax- Modo Desfibrilador.-***	36.-	SI.-	Paleta externa. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Partes y accesorios-Paquete estándar.-***	186.-	SI.-	Para descarga a través de electrodos multifunción y palas. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Desfibrilador.-***	20.-
7	4.3.3	Que detecten actividad electrocardiográfica.-	SI.-	Con detección de actividad electrocardiográfica. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-ECG-Fuente.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Con detección de actividad electrocardiográfica. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Monitorización ECG.-***	36.-	SI.-	Que detecten actividad electrocardiográfica. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/ECG.-***	56.-	SI.-	Con detección de actividad electrocardiográfica. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-ECG-Entradas.-***	39.-	SI.-	Que detecten actividad electrocardiográfica. ***Manual del usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1.- 5.1 Desfibrilación manual y cardioversión sincronizada-Descripción general. Respuestas a consultas realizadas.-***	39.-	SI.-	Palas externas pueden detectar actividad electrocardiográfica (evaluación rápida). ***Manual del usuario Philips Efficia DFM100-4-Monitorización de ECG-Descripción general (pág. 47). Respuestas a consultas realizadas.-***	....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Carlos Gómez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.3.4	Carga desde las palas y desde el panel de control.-	SI.-	Carga desde las palas y desde el panel de control. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador-Selección de energía/Manejo simple ALL-IN-HAND. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37, 38.-	SI.-	Carga desde las palas y desde el panel de control. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3-Desfibrilación rápida-Desfibrilación manual en 3 pasos sencillos/Paletas externas con botones de función.-***	32.-	SI.-	Carga desde las palas y desde el panel de control. ***Brochure Cardiolife- Transitioning back to life-imagen panel de control y paletas externas.-***	47.-	SI.-	Carga desde las palas y desde el panel de control. ***Manual del usuario- Modo Desfibrilador-Desfibrilación- Paso 2- Carga.-***	37.-	SI.-	Ambas modalidades de carga. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones /(imagen).***	186.-	SI.-	Carga desde las palas y desde el panel de control. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Modo de desfibrilación manual.-***	22.-
7	4.3.5	Descarga desde las palas y desde el panel de control.-	SI.-	Descarga desde las palas y desde el panel de control.***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Manejo simple ALL-IN-HAND. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Descarga desde las palas y desde el panel de control. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3- Desfibrilación rápida-Desfibrilación manual en 3 pasos sencillos/Paletas externas con botones de función.-***	32.-	SI.-	Descarga desde las palas y desde el panel de control. ***Brochure Cardiolife- Transitioning back to life-imagen panel de control y paletas externas.-***	47.-	SI.-	Descarga desde las palas y desde el panel de control. ***Manual del usuario CardioMax - Modo desfibrilador- Paso 3- Choque.-***	36.-	SI.-	Ambas modalidades de descarga. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones /(imagen).***	186.-	SI.-	Descarga desde las palas y desde el panel de control. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Modo de desfibrilación manual.-***	22.-
7	4.3.6	Indicador de calidad (impedancia) de contacto.-	SI.-	Indicador de calidad (impedancia) de contacto. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Desfibrilador-Rango de impedancia del paciente/Medición de impedancia. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37, 38.-	SI.-	Indicador intuitivo de impedancia de contacto. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3-Reanimación Eficaz-Indicador intuitivo de impedancia de contacto.-***	33.-	SI.-	Indicador de calidad (impedancia) de contacto (impedancia indicada por tres leds). ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/desfibrilador/VF análisis de precisión-lámpara de contactos de Paddle.-***	56.-	SI.-	Indicador de calidad (impedancia) de contacto mediante bargraph de leds. ***Manual del usuario CardioMax- Modo desfibrilador-Consideraciones para la entrega de choque.-***	37.-	SI.-	Monitoreo de la impedancia de contacto. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.***	186.-	SI.-	Indicador de calidad (impedancia) de contacto. En el modo DEA con electrodos multifunción. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Modo DEA.-***	23.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.3.7	Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.-	SI.-	Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas- Desfibrilador- Electrodos desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. ***Manual del operador Mindray Beneheart D3. A2 Especificaciones del desfibrilador- Electrodos de desfibrilación.-***	44.-	SI.-	Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631- Presupuesto/desfibrilador/Consumibles.-***	56, 58.-	SI.-	Con posibilidad de uso de palas ***multifuncionales adhesivas. Manual del usuario CardioMax- Modo Desfibrilador- Uso de palas multifuncionales.-***	38.-	SI.-	Parches para desfibrilación. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1- Especificaciones- Desfibrilación- Modo AED.-***	186.-	SI.-	Con posibilidad de uso de electrodos (electrodos multifuncion) para desfibrilación. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100- Especificaciones- Desfibrilador.-***	20.-
7	4.4	**Marcapasos transcutáneo**																		
7	4.4.1	Interconstruido usando electrodos autoadheribles.-	Si.-	Interconstruido usando electrodos autoadheribles. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas- Marcapasos Externo. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	El modo Marcap ofrece terapia de estimulación transcutánea no invasiva. Los pulsos del marcapasos se administran a través de los electrodos multifunción. ***Manual del operador del monitor/desfibrilador -10 Estimulación no invasiva-10.1 Descripción general.-***	46.-	SI.-	Interconstruido usando electrodos autoadheribles (electrodos o almohadillas multifuncionales). ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631- Presupuesto/Consumibles.-***	58.-	SI.-	Con modo marcapasos utilizando palas multifuncionales adhesivas ***Manual del usuario CardioMax/accesorios- Marcapasos.-***	43.-	SI.-	Intrinseco con uso de parches multifuncionales. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1- Especificaciones- Desfibrilación- Modo AED.-***	186.-	SI.-	Interconstruido usando electrodos multifunción o universales. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100- Especificaciones- Estimulación de marcapasos no invasiva.-***	25.-
7	4.4.2	Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.-	NO.-	Amplitud del pulso seleccionable en 0 mA (OFF) y un rango de 20 mA **(límite inferior del rango del equipo no cumple con límite inferior del rango solicitado por lo que el equipo ofertado no incluye amplitudes desde 1 a 19 mA)** a 200 mA con resolución de 1mA. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones***	37.-	SI.-	Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 0 mA a 200 mA . ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas- Estimulación no invasiva.-***	35.-	SI.-	Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8 mA a 200 mA. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631- Presupuesto/No invasiva de estimulación (TEC-5631).-***	57.-	SI.-	Amplitud de pulso en un rango de 5 mA a 200mA. ***Manual del usuario CardioMax- Especificaciones y seguridad- Marcapasos.-***	39.-	SI.-	0-200mA. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1- Especificaciones- Marcapasos no invasivo.-***	186.-	SI.-	Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA a 200 mA. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100- Especificaciones- Estimulación de marcapasos no invasiva.-***	25.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eduardo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

				técnicas-Marcapasos (Opcional). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-																
7	4.4.3	Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.-	SI.-	Duración de pulso de 40 milisegundos . **Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B-Especificaciones técnicas-Marcapasos (opcional). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-**	37.-	SI.-	Duración de pulso de 20 milisegundos. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Estimulación no invasiva.-***	35.-	SI.-	Duración de pulso de 40 milisegundos +/- 10%. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/No invasiva de estimulación (TEC-5631).-***	57.-	SI.-	Duración de pulso dede 20milisegundos. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-Marcapasos.-***	39.-	SI.-	20ms. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Marcapasos no invasivo.-***	186.-	SI.-	Duración de pulso de 20 o 40 milisegundos. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Estimulación de marcapasos no invasiva.-***	25.-
7	4.4.4	Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.-	SI.-	Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 200 pulsos por minuto. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B-Especificaciones técnicas-Marcapasos (opcional). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto a 170 pulsos por minuto . ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Estimulación no invasiva.-***	35.-	SI.-	Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 180 pulsos por minuto. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/No invasiva de estimulación (TEC-5631).-***	57.-	SI.-	Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto r a 180 pulsos por minuto. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-Marcapasos.-***	39.-	SI.-	30-180ppm. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Marcapasos no invasivo.-***	186.-	SI.-	Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 180 pulsos por minuto. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Estimulación de marcapasos no invasiva.-***	25.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.4.5	Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).-	SI.-	Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).*Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B- Especificaciones técnicas- Marcapasos (opcional). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	58.-	SI.-	Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). *Manual del operador Mindray Beneheart D3-A.4 Especificaciones del marcapasos-Modo de estimulación.-*	45.-	SI.-	Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). *Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631- Presupuesto/No invasiva de estimulación (TEC-5631).-*	57.-	SI.-	Modos asincrono y sincrono. *Manual del usuario CardioMax- Especificaciones y seguridad- Marcapasos.-*	39.-	SI.-	Modo fijo y Demanda. *Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1- Especificaciones- Marcapasos no invasivo.-*	186.-	SI.-	Activación por modos: fijo y a demanda. *Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100- Especificaciones- Estimulación de marcapasos no invasiva.-*	25.-
7	4.5	ECG																		
7	4.5.1	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes.-	SI.-	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes.*Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas- Desfibrilador- Electrodos desfibrilador. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	37.-	SI.-	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes. *Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas- Monitorización ECG.-*	36.-	SI.-	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes.*Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631- Presupuesto/ECG.-*	56.-	SI.-	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación externas y multifuncionales y electrodos de monitorización independientes de 3 vias ó 5 vias. *Manual del usuario CardioMax- Especificaciones y seguridad- ECG.-*	39.-	SI.-	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes . En el modo de desfibrilación manual , se pueden usar tanto parches como paletas. *Manual del usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1.- 5.1 Desfibrilación manual y cardioversión sincronizada- Descripción general. Respuestas a consultas realizadas.-*	39.-	SI.-	Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación (Evaluación rápida) y electrodos de monitorización independientes (cables paciente o electrodos multifunción). *Manual del usuario Philips Efficia DFM100-4- Monitorización de ECG-Descripción general (pág. 47). Respuestas a consultas realizadas.-*	....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.5.2	Alarma para frecuencia cardíaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras.-	SI.-	Alarma para frecuencia cardíaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas son visuales y sonoras. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-ECG-Alarmas/Sistema de Alarma. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Alarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras. ***Manual del operador Mindray Beneheart D3-5.2 Niveles de alarma/Indicaciones de alarma/5.3.1 Luces de Alarma/5.3.2 Alarmas acusticas.7.5 descarga recomendada.-***	50, 51.-	SI.-	Alarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Indicador/Sonar/ECG.-***	56.-	SI.-	Alarmas fisiológicas y técnicas audiovisuales. ***Manual del usuario CardioMax. Especificaciones y seguridad- ECG.-***	40.-	SI.-	Alarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras. ***Manual de usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1- 2.6 Alarmas y errores. Respuestas a consultas realizadas.-***	41.-	SI.-	Alarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Generales/Monitorización del ECG y arritmias.-***	23.-
7	4.5.3	Despliegue en pantalla: - Frecuencia cardiaca. - Un trazo de ECG como mínimo a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones I, II, III y Palas.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Frecuencia cardiaca. - 13 ondas de ECG a seleccionar.***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-ECG-Numero de ondas ECG/Fuente/Número de derivaciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Frecuencia cardiaca. - Un trazo de ECG como mínimo a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones I, II, III y Palas. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Pantalla/Monitorización ECG.-***	47.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Frecuencia cardiaca. - Un trazo de ECG como mínimo a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones I, II, III y Palas. . ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Monitor.-***	56.-	SI.-	Despliegue en pantalla: Frecuencia cardiaca. Un trazo de ECG con selección de derivaciones I, II, III y Palas. ***Manual del usuario CardioMax-Modo monitor ECG.-***	41.-	SI.-	Posibilidad de visualización de las 12 curvas. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Monitoreo ECG.-***	186.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Frecuencia cardiaca. -tres ondas de ECG a seleccionar de entre las derivaciones I, II, III y Palas. **Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Generales/Monitorización del ECG y arritmias (pág. 5). Manual del usuario Philips Efficia DFM100-4-Monitorización de ECG-Descripción general (pág. 47). Respuestas a consultas realizadas.-**	....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

7	4.5.4	Cable de paciente de 3 vías.-	SI.-	Cable de paciente de 3, 5 o 10 derivaciones. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-ECG-Fuente. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	3 derivaciones de ECG, 5 derivaciones de ECG. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Pantalla/ Monitorización ECG.-***	36.-	SI.-	Cable de paciente de 3 vías. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Consumibles.-***	58.-	SI.-	Cable de paciente de 3 vías. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-ECG.Manual del usuario CardioMax/Monitor-ECG-Monitorizar ECG. -***	39, 40.-	SI.-	3-5 y 10 derivadas. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Monitoreo ECG.-***	186	SI.-	Cable de paciente de 3 vías. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Generales/Monitorización del ECG y arritmias.-***	23.-
7	**4.6**	**SpO2**																		
7	4.6.1	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Pulsioximetría (opcional)/Imagen pantalla). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37, 38.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso. ***Manual del operador Mindray Beneheart D3-13 Monitorización de SpO2-13.1 Introducción.-***	49.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso. ***Brochure Cardiolife- Transitioning back to life (imagen pantalla). Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/SpO2.-***	47, 56.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso. ***Manual del usuario- Pantalla y operación-Pantalla modo monitor-Variación A (ECG y SpO2 presentes). Respuestas a consultas realizadas.-***	4.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso. ***Manual de usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1- 7.4 Oximetria de pulso de la SpO2. Respuestas a consultas realizadas.-***	42.-	SI.-	Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SpO2. - Curva de pletismografía. - Frecuencia de pulso. ***Manual del usuario Philips Efficia DFM100-10-Pantalla (figura 26-Distribución de pantalla general)-pág 29. Respuestas a consultas realizadas.-***	....
7	4.6.2	Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.-	SI.-	Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Pulsioximetría (opcional)/Sistema de alarma. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. ***Manual del operador Mindray Beneheart D3-5.2 Niveles de alarma/Indicaciones de alarma/5.3.1 Luces de Alarma/5.3.2 Alarmas acusticas/ 13 Monitorización de SpO2-13.1 Introducción.-***	49, 51.-	SI.-	Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/SpO2.-***	56.-	SI.-	Alarmas fisiológicas y técnicas audiovisuales. ***Manual del usuario CardioMax. Especificaciones y seguridad- SPO2.-***	42.-	SI.-	Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. ***Manual de usuario del dispositivo LIFEGAIN CU-HD1- 2.6 Alarmas y errores. /8.2.3 SpO2-Respuestas a consultas realizadas.-***	41, 43.-	SI.-	Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-General/Pulsioximetría SpO2.-***	26.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Sánchez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.7	**Sistema de Registro**																		
7	4.7.1	Impresora integrada.-	SI.-	Impresora integrada. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Impresora (opcional). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Impresora integrada. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Registrador.-***	35.-	SI.-	Impresora integrada. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Grabadora (TEC-5611/5621/5631)).-***	57.-	SI.-	Impresora integrada. ***Manual del usuario CardioMax-Impresión.-***	42.-	SI.-	Impresora interna. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Impresora.-***	186.-	SI.-	Impresora integrada. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Registrador de array térmico.-***	25.-
7	4.7.2	Para papel de 48 a 50 mm.-	NO.-	Para papel de 58 mm o menor (opcional). **(en información técnica presentada no esta definido ancho de papel cuya medida pueda ajustarse a lo solicitado).** ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B-Especificiones técnicas-Impresora (opcional)-anchura del papel. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Para papel de 50 mm. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Registrador.-***	35.-	SI.-	Para papel de 50 mm. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Grabadora (TEC-5611/5621/5631)).-***	57.-	SI.-	Para papel de 48 mm de ancho. ***Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-Impresora. Respuestas a consultas realizadas.-***	5.-	SI.-	Para papel de 50mm. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Impresora.-***	186.-	SI.-	Para papel de 50mm. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Registrador de array térmico.-***	25.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Eugenio José Giménez Valdovinos
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.7.3	Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados.-	SI.-	Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Impresora (opcional)-Modos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Con capacidad de imprimir trazo de ECG en tiempo real,tendencias tabulares, curvas congelads revisión, prueba de usuario, configuración e información relativa a eventos registrados. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Registrador/ Manual del operador Mindray Beneheart D3-20 Registro-20.2 Tipos de registros.-***	35, 48.-	SI.-	Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Grabadora (TEC-5611/5621/5631)).-***	57.-	SI.-	Impresión de trazo de ECG e información relativa a eventos registrados. ***Manual del usuario CardioMax-Impresión.-***	42.-	SI.-	Capacidad de impresión de eventos, la carga , la descarga y las alarmas. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Impresora.-***	186.-	SI.-	Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Registrador de array térmico.-***	25.-
7	4.8	**Bateria**																		
7	4.8.1	Recargable.-	SI.-	Recargable (Ni-MH 10.8v 3300 mAh). ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Fuente de alimentación-Batería.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Recargable de Ion Litio. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Alimentación-Batería.-***	34.-	SI.-	Bateria recargable de Ni-MH. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Batería.-***	57.-	SI.-	Bateria recargable removible. ***Manual del usuario CardioMax-Cuidados y mantenimiento.-***	33.-	SI.-	Recargable (polimero de Litio 14.8 V 3.1 Ah). ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Fuente de poder.-***	186.-	SI.-	Bateria interna recargable de ion litio. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Bateria.-***	25.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	4.8.2	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido.-	SI.-	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Fuente de alimentación-Batería-Indicador.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido. (tiempo de carga al 100 % aproximado superior a 3 horas con el equipo encendido). ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Alimentación-Batería.-***	34.-	SI.-	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Indicador.-***	56.-	SI.-	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido. ***Manual del usuario CardioMax-Cuidados y mantenimiento.-***	33.-	SI.-	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Fuente de poder-Paquete de poder AC-Salida 18V, 6A.-***	186.-	SI.-	Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido. ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Batería.-***	25.-
7	4.8.3	Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 90 minutos de monitoreo continuo.	SI.-	Que permita al menos 200 desfibrilaciones a 200 Joules y más de 5 horas de monitoreo continuo. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Fuente de alimentación-Batería-Indicador.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Permite 100 desfibrilaciones a 360 Joules ó 150 minutos de monitoreo continuo. ***Hoja de datos técnicos Mindray Beneheart D3. Especificaciones técnicas-Alimentación-Batería.-***	34.-	SI.-	Al menos 100 desfibrilaciones a carga máxima ó 180 minutos de monitoreo continuo. ***Hoja de datos técnicos Cardiolife TEC 5631-Presupuesto/Batería.-***	57.-	SI.-	Con autonomía de 3 horas de funcionamiento a carga completa o un mínimo de 140 choques a 360 Joules . ***Planilla de especificaciones técnicas. Manual del usuario CardioMax-Especificaciones y seguridad-Especificaciones generales (pág. 146). Respuestas a consultas realizadas.-***	1.-	SI.-	100 aplicaciones de descarga cuando es nuevo. ***Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Fuente de poder.-***	186.-	SI.-	Permite 100 desfibrilaciones a carga máxima ó 150 minutos de monitoreo continuo. . ***Hoja de datos técnicos desfibrilador/monitor philips efficia DFM100-Especificaciones-Batería.-***	25.-
7	5	**Accesorios**																		

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

7	5.1	Palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos.-	SI.-	Oferente proveerá palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos. ***D Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Manejo simple ALL-IN-HAND.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Oferente proveerá palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	22.-	SI.-	Oferente proveerá palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	41.-	SI.-	Oferente proveerá Palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos. ***Planilla de especificaciones técnicas. Manual de usuario CardioMax-Accesorios.-***	26, 43.-	SI.-	Oferente proveerá palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Partes y accesorios-Paquete estándar.-***	182-186.-	SI.-	Oferente proveerá palas externas para adultos (par). Cantidad: 1 (una) unidad por equipo más 2 (dos) unidades por la totalidad de los equipos. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	17.-
7	5.2	2 (dos) Cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren).-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) Cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-ECG-Fuente. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	37.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) Cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	23.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) Cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	41.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) Cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren).***Planilla de especificaciones técnicas.-***	26.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) Cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo . ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Partes y accesorios-Paquete estándar.-***	182, 186.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) cables paciente de 3 vías para monitorización de ECG por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	17.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jos. Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	5.3	Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo.-	SI.-	Oferente proveerá parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. (opcional). ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	114.-	SI.-	Oferente proveerá parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. (opcional).	23.-	SI.-	Oferente proveerá parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. (opcional). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	41.-	SI.-	Oferente proveerá Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. (opcional). ***Planillas de especificaciones técnicas. Manual del usuario Cardiomax/Modo DEA-Paso 2-Coloque las palas en el paciente.-***	26, 44.-	SI.-	Oferente proveerá parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo.-***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.-Partes y accesorios-Paquete estándar.-***	182-186.-	SI.-	Oferente proveerá parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. (opcional). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	17.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Galeano
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	5.4	2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren).-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Accesorios y opciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	38.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	23.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	41.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas. Planilla de especificaciones técnicas. Manual de usuario CardioMax-Accesorios.-***	26, 43.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones.Oxi metro de pulso SpO2. -***	182, 186	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) sensores para monitorización de SpO2 por equipo (con sus respectivos extensores si lo requieren). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	17.-
7	5.5	Electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo.	SI.-	Oferente proveerá electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. ***Hoja de datos técnicos Innomed Cardio-Aid 360-B Especificiones técnicas-Accesorios y opciones. Respuestas a consultas realizadas según nota***	38.-	SI.-	Oferente proveerá electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	23.-	SI.-	Oferente proveerá electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	41.-	SI.-	Oferente proveerá Electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas. Manual del usuario CardioMax-Accesorios.-***	26, 43.-	SI.-	Oferente proveerá electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-especificaciones.-***	182-186.-	SI.-	Electrodos autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo.	17.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Pálacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

				108/2019.-																
7	5.6	Rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: al menos 5 (cinco).	SI.-	Oferente proveerá rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: al menos 5 (cinco). ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según 108/2019.-***	114.-	SI.-	Oferente proveerá rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: al menos 5 (cinco). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	23.-	SI.-	Oferente proveerá rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: al menos 5 (cinco). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	41.-	SI.-	Oferente proveerá Rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: al menos 5 (cinco). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	26.-	SI.-	Oferente proveerá rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: 5 (cinco). ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos LIFEGAIN CU-HD1-Especificaciones-Impresora.-***	182-186.-	SI.-	Oferente proveerá rollos de papel adecuados para el equipo ofertado. Cantidad: al menos 5 (cinco). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	17.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Paladino
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	5.7	Incluir accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita.	SI.-	Oferente incluirá accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	114.-	SI.-	Oferente incluirá accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	23.-	SI.-	Oferente incluirá accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	42.-	SI.-	El oferente proveerá accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita. ***Planilla de especificaciones técnicas***	26.-	SI.-	Oferente incluirá accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	182.-	SI.-	Oferente proveerá accesorios para prueba de descarga, si el equipo lo necesita. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	17.-
7	6	**Carro de Paro**																		
7	6.1	Estructura en acero inoxidable AISI 304.-	SI.-	Estructura en acero inox 304 recubierto de ABS de alta resistencia. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Estructura en acero inoxidable AISI 304L. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials:2. Pillar/Structure:.-***	52.-	SI.-	Estructura en acero inoxidable AISI 304. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	NO.-	Estructura rigida y resistente, confeccionada con tubos y hechas de acero al carbono. ***Hoja de datos técnicos Crdinal-Carro de emergencia-"***	44.-	SI.-	Estructura en acero inoxidable AISI 304. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Estructura en acero inoxidable AISI 304. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-
7	6.2	Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual.-	SI.-	Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39, 40.-	SI.-	Superficie ABS moldeada con placa plastica brillante, resistente a la abrasión y a la corrosión esquinas moldeadas que evitan la caida de materiales. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials1. Surface:. -***	52.-	SI.-	Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual (imagen). ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

7	6.3	Tres (03) cajones como minimo. Al menos 2 (dos) de ellos con separaciones plásticas internas.-	SI.-	Cinco (05) cajones de ABS. 2 cajones pequeños, 2 medios y 1 grande, el interior con divisiones se puede organizar fácilmente.*Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	39.-	SI.-	Cinco (05) cajones. con separaciones plásticas internas. *Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials 4 Drawer:.-*	52.-	SI.-	Tres (03) cajones, 2 (dos) de ellos con separaciones plásticas internas. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	60.-	SI.-	Posee seis cajones o gavetas corredizas telescopicas teniendo las tres primeras divisorias internas de policarbonato para la colocacion de medicamentos. *Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-*	44.-	SI.-	Tres (03) cajones, 2 (dos) de ellos con separaciones plásticas internas. *Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-*	187.-	SI.-	Tres (03) cajones , 2 (dos) de ellos con separaciones plásticas internas. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	31.-
7	6.4	Soporte lateral para balón de oxigeno de 3 litros.-	SI.-	Porta tanque de oxígeno. *Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	39.-	SI.-	Soporte lateral para balón de oxigeno. *Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:.-*	52.-	SI.-	Soporte lateral para balón de oxigeno de 3 litros. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	60.-	SI.-	Soporte lateral para balón de oxigeno de 3 litros. *Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-*	44.-	SI.-	Soporte lateral para balón de oxigeno de 3 litros. *Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-*	187.-	SI.-	Soporte lateral para balón de oxigeno de 3 litros. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	31.-
7	6.5	Un (01) balón de oxigeno de 3 litros con regulador de presión.-	SI.-	Oferente proveerá un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión. *Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	114 .-	SI.-	Oferente proveerá Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión. *Planilla de especificaciones técnicas.-*	24.-	SI.-	Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	60.-	SI.-	Oferente proveerá Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión. *Planilla de especificaciones técnicas.-*	26.-	SI.-	Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión. *Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-*	187.-	SI.-	Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	31.-
7	6.6	Conexión AC con filtro de linea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable.-	SI.-	Oferente proveerá conexión AC con filtro de linea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo Schuko con soporte para cable (ganchos).*Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Planilla de*	39, 114 .-	SI.-	Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de cinco (05) metros y (06) tomas eléctricas tipo schucko con soporte para cable. *Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:. /Planilla de especificaciones técnicas.-*	24, 52.-	SI.-	Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como minimo, con soporte para cable. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	60.-	SI.-	Oferente proveerá Conexión AC con filtro de linea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable. *Planilla de especificaciones técnicas.-*	26.-	SI.-	Conexión AC con filtro de linea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo Schuko, con soporte para cable *Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-*	187.-	SI.-	Conexión AC con filtro de linea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable. *Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-*	31.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

				especificaciones técnicas.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-																
7	6.7	Paragolpes de goma envolviendo todo el carro.-	SI.-	Paragolpes de goma envolviendo todo el carro. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-(imagen) . .Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-.-***	39.-	SI.-	Paragolpes de goma envolviendo la base del carro. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G.-***	52.-	SI.-	Paragolpes de goma envolviendo todo el carro. Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas.-	60.-	SI.-	Capa protectora inferior en poliestireno termo formado. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Paragolpes de goma envolviendo todo el carro. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Paragolpes de goma envolviendo todo el carro. Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas.-	31.-
7	6.8	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador.-	SI.-	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:.-***	52.-	SI.-	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador con posibilidad de giro de 360 °. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-
7	6.9	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente.-	SI.-	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente.***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:. Respuestas a consultas realizadas.-***	52.-	SI.-	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

7	6.10	Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gaveta para transporte.-	SI.-	Sistema de cierre central que evite apertura de cajones y gaveta para transporte. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gaveta para transporte (Seal Lock). ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:.-***	52.-	SI.-	Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gaveta para transporte. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Sistema de cierre (Single lock) que evite apertura de cajones y gaveta para transporte. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gaveta para transporte. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gaveta para transporte. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-
7	6.11	Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie.-	SI.-	Cuatro (04) ruedas con dos (02) con freno de pie. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie.***Hoja de datos técnicos Magic Box Series.C.Castor:Respuestas a consultas realizadas.-***	52.-	SI.-	Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Cuatro ruedas, dos con freno de 100 mm de diámetro. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-
7	6.12	Dimensiones mínimas: Altura 0,80m incluyendo ruedas, Ancho 0,60m, Profundidad 0,48m.-	SI.-	Dimensiones: Altura 0.95m incluyendo ruedas, Ancho 0.85m, Profundidad 0.52m. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Dimensiones mínimas: Altura 0.98m incluyendo ruedas, Ancho 0.65m, Profundidad 0.49m. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series.F.Size:.-***	52.-	SI.-	Dimensiones mínimas: Altura 0.80m incluyendo ruedas, Ancho 0.62m, Profundidad 0.49m. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Dimensiones: Altura 1 m incluyendo ruedas, Ancho 0.62m, Profundidad 0.495 m. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Dimensiones mínimas: Altura 0,80m incluyendo ruedas, Ancho 0,65m, Profundidad 0,50 m. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Dimensiones mínimas: Altura 0.80m incluyendo ruedas, Ancho 0.62m, Profundidad 0.49m. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-
7	6.13	Cesto porta basura lateral removible.-	SI.-	Cesto porta basura lateral removible. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Cesto porta basura lateral removible. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:.-***	52.-	SI.-	Cesto porta basura lateral removible. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Cesto porta basura lateral removible. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Cesto porta basura lateral removible. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Cesto porta basura lateral removible. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Gómez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

7	6.14	Manija superior para transporte.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.- -***	39.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:.-***	52.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas.-***	60.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas.-***	31.-
7	6.15	Tabla para reanimación y masaje cardiaco.-	SI.-	Tabla para reanimación y masaje cardiaco. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39.-	SI.-	Tabla para reanimación y masaje cardiaco (CPR Board). ***Hoja de datos técnicos Magic Box Series. A. Materials G. Accesories:.-***	52.-	SI.-	Tabla para reanimación y masaje cardiaco. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas.-***	60.-	SI.-	Manija superior para transporte. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Tabla para reanimación y masaje cardiaco. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Tabla para reanimación y masaje cardiaco. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas.-***	31.-
7	6.16	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro.-	SI.-	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro. ***Hoja de datos técnicos AEGEA AG-ET001A1 Emergency Trolley-Parámetros técnicos/ planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	39,114.-	SI.-	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	24.-	SI.-	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	60.-	SI.-	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Cardinal.-***	44.-	SI.-	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro. ***Hoja de datos técnicos Carro de paro Estrella modelo CP-01.-***	187.-	SI.-	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro. ***Catálogo carro de paro Medimueble-Especificaciones.-***	31.-

ITEM 8 DETECTOR FETAL

Especificaciones Técnicas			
Oferentes	**V &V S.A.-**	**LA CASA DEL MEDICO S.A.-**	**ARGON S.R.L.-**
Monto Total Oferta	**1.695.000**	**1.700.000**	**2.455.020**
Monto total Referencial	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
Diferencia porcentual (%)	**-0,29**	**0,00**	**44,41**

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

8	**1**	**Datos Generales**										
8	1.1	Descripción: Equipo portátil para detección de latidos fetales.	Descripción: Equipo portátil para detección de latidos fetales.-			Descripción: Equipo portátil para detección de latidos fetales.-			Descripción: Equipo portátil para detección de latidos fetales.-			
8	**2**	**Datos proveídos por el oferente**										
8	2.1	Marca:	AEON. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			CHOICEMMED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			EDAN. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
8	2.2	Modelo:	A100C. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			MD800C34. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			SD3 PLUS. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
8	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
8	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.aeon-med.com			www.choicemmed.com.-			www.edan.com.cn			
Criterios de evaluación												
8	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	
8	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-***Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.***	012.-	SI.-	Certificado CE.-	112.-	SI.-	Certificado CE.-	189.-	
8	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	047. 048.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	113.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	189.-	
8	**4**	**Características**										
8	2.1	Detección de latido fetal por efecto doppler.-	SI.-	Doppler ultrasónico. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Fetal Doppler. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	Doppler ultrasónico. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3.-***	191.-	
8	2.2	Transductor entre 2 y 3 MHz.-	SI.-	Sonda de 2Mhz. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	2.0 MHZ.. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	Para sondas de 2 y 3Mhz.. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3- Interchangeable Waterproof probe.-***	191.-	
8	2.3	Despliegue digital en pantalla LCD o electro luminiscente de la frecuencia cardiaca fetal.-	SI.-	OLED display color. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	1.77 inch. LCD Colorful Screen. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	OLED display. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3- User-Friendly Design.-***	191.-	

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

8	2.4	Operación con baterías y con fuente de alimentación externa.-	SI.-	Baterias de Ni-Mh de 9V y cargador. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Two 1.2v rechargeable batteries. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	Estación de carga y baterias. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3.-Power Source.-***	191.-
8	2.5	Indicación en pantalla de batería baja.-	SI.-	Icono indicador. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Battery Status. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	Icono indicador. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3 (imagen).-***	191.-
8	2.6	Apagado automático cuando no está en uso.-	SI.-	Apagado automático despues de 2 minutos de inactividad. ***Manual de Usuario A100C/Product Features/Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.***	015.-	SI.-	Apagado automático cuando no está en uso. ***Hoja de datos técnicos detector fetal Choicemmed MD800C34-Features. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	Apagado automático cuando el detector este en su base. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3- Interchangeable Waterproof probe.-***	191.-
8	2.7	Indicador audible de latidos cardiacos.-	SI.-	FHR. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Figura MD800C33. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	FHR. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3-User-Friendly Design.-***	191.-
8	2.8	Ajuste de volumen variable.-	SI.-	Ajuste de volúmen. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Volume. ***Hoja de datos técnicos Choicemmed md800c34.-***	61.-	SI.-	Ajuste de volumen. ***Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3 (imagen).-***	191.-
8	**3**	**Accesorios**									
8	3.1	1 (un) pote de gel conductor por cada equipo.-	SI.-	Oferente proveerá 1 (un) pote de gel conductor por cada equipo. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Oferente proveerá 1 (un) pote de gel conductor por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	43.-	SI.-	Oferente proveerá 1 (un) pote de gel conductor por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	188.-
8	3.2	Baterías recargables AA necesarias por cada equipo.-	SI.-	Oferente proveerá Baterías recargables AA necesarias por cada equipo. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Oferente proveerá Baterías recargables AA necesarias por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	43.-	SI.-	Oferente proveerá Baterías recargables AA de ion litio necesarias por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3.-Power Source.-***	188-191.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Eduardo José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

8	3.3	1 (un) cargador de baterías AA por cada equipo.-	SI.-	Oferente proveerá 1 (un) cargador de baterías AA por cada equipo. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Oferente proveerá 1 (un) cargador de baterías AA por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	43.-	SI.-	Oferente proveerá 1 (un) cargador de baterías AA (ion litio) por cada equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.Hoja de datos técnicos detector fetal EDAN SD3.-Power Source.-***	188, 191.-
8	3.4	Fuente de alimentacion externa para conexión en red de 220V 50/60 Hz, para utilizacion del equipo con o sin necesidad de bateria.-	SI.-	Oferente proveerá Fuente de alimentacion externa para conexión en red de 220V 50/60 Hz, para utilizacion del equipo con o sin necesidad de bateria. ***Hoja de datos técnicos detector fetal AEON A100C. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	049.-	SI.-	Oferente proveerá Fuente de alimentacion externa para conexión en red de 220V 50/60 Hz, para utilizacion del equipo con o sin necesidad de bateria. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	43.-	SI.-	Oferente proveerá Fuente de alimentacion externa para conexión en red de 220V 50/60 Hz, para utilizacion del equipo con o sin necesidad de bateria. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	188.-

Item 9: Equipo de diagnóstico

		Especificaciones Técnicas		
		Oferentes	**V & V S.A.-**	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**589.745.000**	**589.760.000**
		Monto total Referencial	**491.998.400**	**491.998.400**
		Diferencia porcentual (%)	**19,87**	**19,87**
9	1	**Datos Generales**		
9	1.1	Descripción general: Conjunto de instrumentos médicos utilizados para exploración física de pacientes con fines diagnósticos.	Descripción general: Conjunto de instrumentos médicos utilizados para exploración física de pacientes con fines diagnósticos.	Descripción general: Conjunto de instrumentos médicos utilizados para exploración física de pacientes con fines diagnósticos.
9	2	**Datos proveídos por el oferente**		
9	2.1	Marca:	YUSHI. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	HEINE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
9	2.2	Modelo:	YS-ZCA1. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	CENTRO DE DIAGNOSTICO HEINE EN200+GAMMAG5+GAMMA3.2. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
9	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***
9	2.4	Dirección Web del fabricante:	N/A	www.heine.com.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. José Jiménez Palacios.
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Criterios de evaluación								
9	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
9	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.	SI.-	Certificado CE. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	054.-	SI.-	Certificado CE. -	194.-
9	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.	SI.-	Norma ISO 13485. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	055.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	195.-
9	**4**	**Características**						
9	4.1	Panel fijo por la pared.-	SI.-	panel fijo por la pared. ***Respuestas a consultas realizadas.-***	056.-	SI.-	panel de pared. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-Centro de diagnóstico HEINE EN 200.-***	196.-
9	**4.2**	**Esfigmomanómetro**						
9	4.2.1	Manómetro con indicador de presión regulada con escala de 0 a 300 mmHg o más.-	SI.-	0-300mmHG. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Esfigmomanómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	0-300mmHg. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine.-***	199.-
9	4.2.2	Manómetro con seguridad de sobrepresión.-	SI.-	Seguridad contra sobre presión. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Esfigmomanómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Seguridad contra sobre presión. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	4.2.3	Diámetro del manómetro: 56 mm o más.-	SI.-	Diámetro del manómetro:130 mm. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Esfigmomanómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Diámetro 56mm. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	4.2.4	Válvula giratoria o de botón con ajuste fino.-	SI.-	Válvula con ajuste giratorio. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Esfigmomanómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Valvula con ajuste giratorio. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

9	4.2.5	Microfiltro para protección del sistema de medición.-	SI.-	Microfiltro para protección del sistema de medición. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Esfigmomanómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Micro filtro de protección. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	4.2.6	Pera insufladora conectada al manometro mediante tubuladura de goma de al menos 3 metros.-	SI.-	La longitud de la tubuladura de goma es presentada en opciones desde 3 hasta 5m.***Carta de aclaración del fabricante Zhuhai Yushi Medical Technoogy Co., Ltd. Respuesta a consultas realizadas según nota 698/2019.-***	016.-	NO.-	Oferente presenta ante consulta realizada esfigmomanómetro Heine modelo GAMMA XXL LF el cual difiere del modelo ofertado según Acta virtual (GAMMA G5) por lo que no es posible verificar los requerimientos solicitados en consulta realizada. ***Hoja de datos técnicos HEINE- HEINE GAMMA XXL LF. Respuestas a consultas realizadas.-***	45.-
9	**4.3**	**Manguitos:**						
9	4.3.1	Libre de látex.-	SI.-	Libre de latex. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	libre de latex. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	4.3.2	Lavable.-	SI.-	Lavable. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Manguito de un tubo de alta calidad con cierre de velcro, lavable. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	4.3.3	Cierre tipo velcro.-	SI.-	Cierre velcro. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Manguito de un tubo de alta calidad con cierre de velcro, lavable. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	4.3.4	Señalización de posición exacta y límite de tamaño impresos con marca de control para circunferencia del brazo.-	SI.-	Posición y limite de tamaño señalizados. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Señalización de posición exacta y límite de tamaño impresos con marca de control para circunferencia del brazo. ***Hoja de datos técnicos Heine-Esfigmomanómetros y endoscopios-Manguitos para tensiómetros y accesorios. Respuestas a consultas realizadas.-***	46.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José González Velázquez
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

9	4.3.5	De un solo tubo.-	SI.-	De un tubo. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Manguito de un tubo de alta calidad con cierre de velcro, lavable. ***Hoja de datos tecnicos HEINE-La serie GAMMA de Heine-Heine Gamma G5.-***	200.-
9	**4.3.6**	**Medidas de la bolsa inflable del manguito (No de la funda):**						
9	4.3.7	Adultos en el rango de : 10 a 12 cm x 20 a 30 cm.-	SI.-	Adultos: 11x28cm. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Adulto: 12 cm x 28 cm (M-000.09.665). ***Hoja de datos técnicos Heine-Esfigmomanómetros y endoscopios-Manguitos para tensiómetros y accesorios. Respuestas a consultas realizadas.-***	46.-
9	4.3.8	Pediátricas: en el rango de: 18 cm o mayor a 22 cm o menor.-	SI.-	Pediatricas: 20cm. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Manguitos. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Pediátricas: 20-29 cm. ***Hoja de datos técnicos Heine-Esfigmomanómetros y endoscopios-Manguitos para tensiómetros y accesorios. Respuestas a consultas realizadas.-***	46.-
9	**4.4**	**Estetoscopio**						
9	4.4.1	Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio. Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario.-	SI.-	Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio. Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Arco y auriculares de cromado mate. Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario. ***Hoja de datos Heine- Heine gamma 3.2 Acoustic Stethoscope.-***	202.-
9	4.4.2	Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico. lavables.-	SI.-	Olivas flexibles de silicon lavable. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Blandas y grandes para aislar el sonido. ***Hoja de datos Heine- Heine gamma 3.2 Acoustic Stethoscope.-***	202.-
9	4.4.3	Un tubo flexible sin látex de un largo de mínimo 50 cm.-	SI.-	tubo flexible sin latex de 60cm. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Un tubo flexible sin látex de un largo de 56 cm. ***Hoja de datos técnicos Fonendoscopio HEINE GAMMA.-***	202.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Paredes
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

9	4.4.4	Campana doble para auscultación fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio.-	SI.-	Campana doble para auscultación fabricada en acero inoxidable. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Campana doble.***Hoja de datos Heine- Heine gamma 3.2 Acoustic Stethoscope.-***	202.-
9	4.4.5	Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo.-	SI.-	Con vastago para adaptarse al tubo. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Conector cónico. ***Hoja de datos Heine- Heine gamma 3.2 Acoustic Stethoscope.-***	202.-
9	4.4.6	Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de campana.-	SI.-	sistema de giro para el cambio de campana. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Función membrana y función cono a elección. ***Hoja de datos Heine- Heine gamma 3.2 Acoustic Stethoscope.-***	203.-
9	4.4.7	Campana para membrana dentro del rango de 4 a 5 cm de diámetro.-	SI.-	Campana para membrana de 5 cm de diámetro. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Campana para membrana de 44mm. ***Hoja de datos Heine- Heine gamma 3.2 Acoustic Stethoscope.-***	202. 203.-
9	4.4.8	Membrana o diafragma acústica fabricada de un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o plástico.-	SI.-	Membrana o diafragma acústica fabricada de plástico. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Membrana o diafragma acústica fabricada de plástico. ***Hoja de datos técnicos HEINE GAMMA 3.2-Características específicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	49.-
9	4.4.9	Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca.-	SI.-	Anillo de silicón grado médico con rosca. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Anillo de goma, grado médico con rosca. ***Hoja de datos técnicos HEINE GAMMA 3.2-Características específicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	49.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

9	4.4.10	Campana pequeña dentro del rango de 3 a 3,5 cm de diámetro.-	SI.-	Campana pequeña de 3,5 cm de diámetro. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Campana pequeña de 3cm. ***Hoja de datos técnicos HEINE GAMMA 3.2-Características específicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	202, 203.-
9	4.4.11	Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico.	SI.-	Con anillo de silicón de grado médico. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Estetoscopio. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Con anillo de goma grado médico. ***Hoja de datos técnicos HEINE GAMMA 3.2-Características específicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	49.-
9	**4.5**	**Lámparas de diagnóstico**						
9	4.5.1	Otoscopio con fibra óptica con iluminación de luz Xenón o halógena de 3,5 V.-	SI.-	Otoscopio con iluminación de luz halógena de 3,5 V. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Otoscopio con fibra óptica con iluminación de luz halógena (XHL) de .3.5V. ***Hoja de datos técnicos HEINE- Otoscopio F.O Heine K 180.-***	204.-
9	4.5.2	Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas.-	SI.-	Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Conexión para el insuflador, para pruebas neumáticas del timpano. ***Hoja de datos técnicos HEINE- Otoscopio F.O Heine K 180.-***	204.-
9	4.5.3	Espéculos reusables pediátricos: 2.4 ± 0.2 mm: 30 unidades. Espéculos reusables para adultos: 4 ± 0.2 mm: 30 unidades. Ambos con dispensador para pared.-	SI.-	Espéculos reusables en diferentes tamaños con dispensador de pared. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Juego de especulos reusables de cuatro piezas 2.4/3/4/5 mm (B-000.11.111). Treinta juegos.Ambos con dispensadores.***Hojas de datos técnicos heine otoscopio F.O.Heine K180-Set de diagnóstico F.O. HEINE K 180. Respuestas a consultas realizadas.-***	204.-
9	4.5.4	Oftalmoscopio con iluminación por medio de lámpara de luz Xenón o halógena de 3,5 V.-	SI.-	Oftalmoscopio con iluminación por medio de lámpara de luz halógena de 3.5 V. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Lámpara Xenón Halógena de 3.5v XHL. ***Hoja de datos técnicos HEINE- Oftalmoscopio Heine K 180- Oftalmoscopio estándar.-***	205.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Fleitas
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

9	4.5.5	Al menos 5 aperturas y lentes dentro del rango -15 o mayor a +30 D o mayor.-	SI.-	5 aperturas y lentes dentro del rango de -15 o +30D. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	de -35D a 40D. ***Hoja de datos técnicos HEINE- Oftalmoscopio Heine K 180- Oftalmoscopio estándar.-***	205.-
9	4.5.6	Mango metálico de acabado antideslizante recargable directo.-	SI.-	Mango metálico de acabado antideslizante recargable directo. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	2 Mangos recargables de manera directa a la línea de alimentación de la pared. ***Hoja de datos técnicos HEINE- Heine K 180 Sets de diagnóstico.-***	205.-
9	4.5.7	Control de intensidad de luz..-	SI.-	Control de intensidad de luz. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Control de intensidad de luz (reostato) entre 3% y 100%. ***Hojas de datos técnicos oftalmoscopio HEINE K-180-Oftalmoscopio estándar (imagen)/Sistema mural moderno y energéticamente eficiente. Respuestas a consultas realizadas.-***	205, 51.-
9	4.5.8	Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro.-	SI.-	Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1- Lámparas de diagnóstico. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro. ***Hojas de datos técnicos oftalmoscopio HEINE K-180 (imagen)/Hojas de datos técnicos otoscopio HEINE K-180 (imagen).-***	204, 205.-
9	**4.6**	**Martillo de percusión Buck**						
9	4.6.1	Mango de acero inoxidable o aluminio entre 17 y 19 cm de longitud.-	SI.-	18cm. Mango con material seleccionable(Acero inox o Aluminio)/Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.	001.-	SI.-	Mango de acero inoxidable de19 cm de longitud. ***Hoja de datos técnicos martillo de reflejos. Respuestas a consultas realizadas.-***	52.-
9	4.6.2	Dos gomas.-	SI.-	Dos gomas. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Martillo de Percusión Buck. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Dos gomas. ***Hoja de datos técnicos martillo de reflejos. Respuestas a consultas realizadas.-***	52.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

9	4.6.3	Con punta de alfiler y escobetilla.-	SI.-	Con punta de alfiler y escobetilla. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Martillo de Percusión Buck. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Con punta de alfiler y escobetilla. ***Hoja de datos técnicos martillo de reflejos. Respuestas a consultas realizadas.-***	52.-
9	**4.7**	**Termómetro**						
9	4.7.1	Intervalo de temperatura paciente 30 a 43°C o mayor rango.-	SI.-	Intervalo de temperatura paciente :30-44°C. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Termómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	NO.-	Intervalo de temperatura paciente: 32 a 42,9 °C.***Hoja de datos técnicos termómetro digital de la marca GIMA. Respuesta a consultas realizadas.***	54.-
9	4.7.2	Precisión: ±0,1°C.-	SI.-	Precisión: ±0,1°C. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Termómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	32-35°C ±0,2°C/35.1-42.9°C ±0,1°C.***Hoja de datos técnicos termómetro digital de la marca GIMA. Respuesta a consultas realizadas.***	54.-
9	4.7.3	Tiempo de medición máximo: 1 minuto.-	SI.-	Tiempo de medición : 1 minuto. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Termómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	30seg. ***Hoja de datos técnicos termómetro digital de la marca GIMA. Respuesta a consultas realizadas.***	54.-
9	4.7.4	Para pacientes adultos y pediátricos.-	SI.-	Adulto/Pediátrico. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Termómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Dispositivo para uso hospitalario y familiar. ***Hoja de datos técnicos termómetro digital de la marca GIMA. Respuesta a consultas realizadas.***	54.-
9	4.7.5	Posibilidad de elección del lugar de la medición: Oral, axilar y rectal, por lo menos.-	SI.-	Oral,axilar y rectal. ***Hoja de datos técnicos Equipo de diagnóstico YS-ZCA1-Termómetro. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	056.-	SI.-	Oral,axilar y rectal. ***Hoja de datos técnicos termómetro digital de la marca GIMA. Respuesta a consultas realizadas.***	54.-
9	4.7.3	Posibilidad de movimiento de monitores para visualización de las imágenes para el especialista.-	SI.-	NO APLICA. para el dispositivo ofertado.-	.....	SI.-	NO APLICA. para el dispositivo ofertado.-	.....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Jorge Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

9	4.7.4	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Carta de aclaración del fabricante Zhuhai Yushi Medical Technoogy Co., Ltd. Respuesta a consultas realizadas según nota 698/2019.-***	.....	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos Heine-Transformador de pared EN 200.-***	193, 197.-

Item 10: Equipo de test de la mirada preferencial

		Especificaciones Técnicas			
10	**1**	**Datos Generales**			
10	1.1	Descripción general: Conjunto de dispositivos utilizados para medir la agudeza visual indica el grado de capacidad del ojo para percibir los detalles del espacio y su valoración.	.....		
10	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
10	2.1	Marca:	.....		
10	2.2	Modelo:	.....		
10	2.3	Origen:	.....		
10	2.4	Dirección Web del fabricante:	.....		
		Criterios de evaluación			
10	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
10	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	.....	.....	.....
10	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	.....	.....	.....
10	**4**	**Características**			
10	4.1	Cabina iluminada para agudeza visual de lejos Optotipos ETDRS, para 4 metros de distancia como mínimo, con soporte con ruedas. 2 (dos) láminas: 1 (uno) con letras y 1 (uno) con números.-	.....	.....	.....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eduardo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

10	4.2	Telescopio Kepler de mano enfocable: 4 x 12 grados, objetivo de 12mm.-	.....	.....	.....
10	4.3	Telescopio Kepler de mano enfocable: 6 x 16 grados, objetivo de 20mm.-	.....	.....	.....
10	4.4	Telescopio Kepler de mano enfocable: 8 x 21 grados, objetivo de 20mm.-	.....	.....	.....
10	4.5	Microscopio binocular con lente orgánica asférica y prisma de base interna, montura de plástico, calibre 42 x 18. 4 dioptrias asféricas con 6 prismas base interna. 6 dioptrias asféricas con 8 prismas base interna. 8 dioptrias asféricas con 10 prismas base interna. 10 dioptrias asféricas con 12 prismas base interna.-	.....	.....	.....
10	4.6	Microscopio con lente orgánica asférica. montura plástico, calibre 42 x 18: +10D, +12D. +14D, +16D, +20D, +24D.-	.....	.....	.....
10	4.7	Lupa de mano con luz, lente asférica orgánica: 9 D, diámetro 75 x 50 mm 12 D, diámetro 70 mm 16 D, diámetro 60 mm 20 D, diámetro 55 mm.-	.....	.....	.....
10	4.8	Lupa soporte para lectura 1.8 X diámetro 65 mm.-	.....	.....	.....
10	4.9	Lupa de bolsillo: 20 dioptrias. 5.0 X. diámetro 30 mm 10 dioptrias. 3.5 X. diámetro 50 mm.-	.....	.....	.....
10	4.10	Lupa regla: 2.0 X. diámetro 150 x 20 mm 1.5 X. diámetro 200 X 35 mm.-	.....	.....	.....

Item 11: Estación de diagnóstico para otorrinolaringología

Especificaciones Técnicas		
	Oferente	**ALBATROS S.A.C.I.-**
	Monto Total Oferta	**5.580.000.000**
	Monto total Referencial	**3.904.500.000**

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. José Giménez Palacios
Sección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

		Diferencia porcentual (%)	**42,91**		
11	1	**Datos Generales**			
11	1.1	Descripción general: equipo de dianístico para otorrinlaringologia	Descripción general: equipo de dianístico para otorrinlaringologia		
11	2	**Datos proveídos por el oferente**			
11	2.1	Marca:	KARL STORZ. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
11	2.2	Modelo:	OFFICE 1. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
11	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
11	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.karlstorz.de.-		
		Criterios de evaluación			
11	3	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
11	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	87.-
11	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	88 a 91.-
11	4	**Características**			
11	4.1	**Sillón para procedimientos de otorrinolaringología.**			
11	4.1.1	Movimiento mediante motor eléctrico de elevación y descenso.-	SI.-	Sillón de examinación con ajuste electrico de altura (elevación y descenso) en el rango de 58-88 cm. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	56.-
11	4.1.2	Revatimiento de espaldar mediante motor eléctrico de espaldar de 180° totalmente horizontal.-	SI.-	Revatimiento de espaldar mediante motor eléctrico de espaldar de 180° totalmente horizontal. ***Hoja de datos técnicos medseats.-***	58.-
11	4.1.3	Movimiento mediante motor electrico o manual de giro del sillon.-	SI.-	Movimiento manual del giro del sillón. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	56.-
11	4.1.4	Capacidad de carga para pacientes de 180 kg o más.-	SI.-	Capacidad de carga para pacientes de 200 kg. ***Hoja de datos técnicos medseats.-***	59.-
11	4.1.5	Control de movimientos eléctricos mediante pedal.-	SI.-	Control de movimientos electricos mediante pedal. ***Hoja de datos técnicos medseats.-***	57, 58.-
11	4.1.6	Altura ajustable de soporte de cabeza.-	SI.-	Altura ajustable de soporte de cabeza. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	56.-
11	4.1.7	Dos posa brazos.-	SI.-	Dos posa brazos. ***Hoja de datos técnicos medseats.-***	57.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Sección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

11	4.1.8	Lecho de espaldar, soporte de cabeza, pelvis, piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes.-	SI.-	Lecho de espaldar, soporte de cabeza, pelvis, piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes.***Hoja de datos técnicos medseats.-***	57, 58,59.-
11	4.1.9	Taburete auxiliar de uso médico con lecho de espaldar y de pelvis y piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes. Base con 5 ruedas como mínimo.-	SI.-	Taburete auxiliar de uso médico con lecho de espaldar y de pelvis y piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes. Base con 5 ruedas como mínimo. ***Hoja de datos técnicos Office 1. Hoja de datos técnicos medseats.-***	56, 60.-
11	4.1.10	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos Office 1. Hoja de datos técnicos medseats.-***	56.60.-
11	4.2	**Nasofibroscopio de extracción de muestras**			
11	4.2.1	Dispositivo con acodamiento arriba/debajo de 180° y 100°.-	SI.-	Dispositivo con acodamiento arriba/debajo de 180° y 100°. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD Acodamiento.-***	61.-
11	4.2.2	Optica de 0° con angulo de abertura de 90°, diámetro de canal de trabajo de 1,5 mm interior y diámetro de extremo distal de 3,5 mm exterior, longitud útil entre 34 y 36 cm.-	SI.-	Optica de 0° con angulo de abertura de 90°, diámetro de canal de trabajo de 1,5 mm interior y diámetro de extremo distal de 3,5 mm exterior, longitud útil de 34 cm. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD.-***	61.-
11	4.2.3	El oferente deberá proveer maletín de transporte. Tapón de compensador de presión y tester de estanqueidad -	SI.-	Oferente proveerá maletín de transporte. Tapón de compensador de presión y tester de estanqueidad. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	61.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

11	4.2.4	Protector dental para el paciente esterlizable.	SI.-	Protector dental para el paciente esterlizable. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	61.-
11	4.2.5	Cepillo de limpieza. Cantidad: Dos unidades.-	SI.-	Oferente proveerá Cepillo de limpieza. Cantidad: Dos unidades. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	61.-
11	4.2.6	Pinza para biopsia. Cantidad: Dos unidades.-	SI.-	Oferente proveerá Pinza para biopsia. Cantidad: Dos unidades. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	61.-
11	4.2.7	Pinza de agarre. Cantidad: Dos unidades.-	SI.-	Oferente proveerá Pinza de agarre. Cantidad: Dos unidades. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	61.-
11	**4.3**	**Opticas**			
11	4.3.1	Optica de 30°, de 4 mm +-0,5 mm de diámetro y 18 cm a 20 cm de longitud.-	SI.-	Optica de 30°, de 4 mm de diámetro y 18 cm de longitud (Hopkins II 30 °- 7230 BWA). ***Hojas de datos técnicos Opticas HOPKINS II.-***	62.-
11	**4.4**	**Modulo de consultorio de otorrinolaringología**			
11	4.4.1	Superficie solida de acrilico u otro material con las mismas características con esquinas redondeadas, con conexiones de energia de 220 V y de agua con presión entre 4 a 5 bar.-	SI.-	Superficie solida de con esquinas redondeadas, con conexiones de energia de 220 V y de agua. Consultar presion de agua. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	50, 51.-
11	4.4.2	Sistema de succión integrado y ajustable entre 0 a 0,8 bar o más, con capacidad de succión de como minimo 60 litros/min o más. Control automatico de encendido y apagado mediante pieza de mano. Manguera retractil integrada y recipiente de secrecciones con sistema automatico de drenaje.-	SI.-	Sistema de succión integrado y ajustable entre 0 a 0,8 bar con capacidad de succión de 60 litros/min . Control automatico de encendido y apagado mediante pieza de mano. Manguera retractil integrada y recipiente de secrecciones con sistema automatico de drenaje. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	51.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Prieto
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

11	4.4.3	Sistema de irrigación mediante manguera de irrigacion con sistema de irrigacion con control electronico de temperatura del agua a 37 grados, irrigacion ajustable desde la pieza de mano con flujo ajustable de 0 a 800 m/min o más (a una presion de agua de 3 bar como mínimo). Accesorio para lavado de oidos con succion automatica de liquido de lavado y accesorio de silicona para el lavado de senos maxilares.	SI.-	Sistema de irrigación mediante manguera de irrigacion con sistema de irrigacion con control electronico de temperatura del agua a 37 grados, irrigacion ajustable desde la pieza de mano con flujo ajustable de 0 a 800 m/min. Accesorio para lavado de oidos con succion automatica de liquido de lavado y accesorio de silicona para el lavado de senos maxilares. Consultar presion de agua. ***Hoja de datos técnicos Office 1. Respuestas a consultas realizadas.-***	51.-
11	4.4.4	Sistema de aire comprimido con presion ajustable entre 0 y 2,5 bar o más mendiante manometro. Suplemento basico de olivas Politze. Tomat de conexion ajustable de 3,6 V para lentes Nystagmus, Toma de conexion 6 V para fotoforo frontal, 1 soporte ajustable para laringoscopio.-	SI.-	Sistema de aire comprimido con presion ajustable entre 0 y 2,5 bar mendiante manometro. Suplemento basico de olivas Politze. Toma de conexion ajustable de 3,6 V para lentes Nystagmus, Toma de conexion 6 V para fotoforo frontal, 1 soporte ajustable para laringoscopio. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-
11	4.4.5	Fuente de luz LED para endoscopios incorporado al módulo, compatible con endoscopio de la misma marca.-	SI.-	Fuente de luz LED para endoscopios incorporado al módulo, compatible con endoscopio de la misma marca. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-
11	4.4.6	Soporte de medicamentos en el módulo.-	SI.-	Soporte de medicamentos en el módulo (medication dosing). ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	49.-
11	4.4.7	Soporte para fronto luz..-	SI.-	Soporte para fronto luz. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-
11	4.4.8	Mesa de instrumentales con precalentamiento de los mismos en el módulo.-	SI.-	Mesa de instrumentales con precalentamiento (sin contacto via radiación infrarroja) de los mismos en el módulo. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	53.-
11	4.4.9	Soporte con control de temperatura para endoscopios nasales.-	SI.-	Soporte con control de temperatura para endoscopios nasales (dos). ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Galeano
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

11	4.4.10	Dos tubos para succion antiseptica, 1 tubo para irrigacion.-	SI.-	Dos tubos para succion antiseptica, 1 tubo para irrigacion. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-
11	4.4.11	Unidad de separacion de agua con bomba.-	SI.-	Unidad de separacion de agua con bomba. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	51.-
11	4.4.12	Gabinete de acero inoxidable o acrilico especial.-	SI.-	Gabinete de acero inoxidable. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	51.-
11	4.4.13	Tanque de agua autoclavable.-	SI.-	Tanque de agua autoclavable. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	51.-
11	4.4.14	Soporte para endoscopios.-	SI.-	Soporte para endoscopios. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-
11	**4.5**	**Sistema de imágenes**			
11	4.5.1	Procesador de imágenes para endoscopia con memoria de 32 GB como mínimo, teclado con protección de grado médico y pad de contacto. Resolución de 1920 x 1080 como mínimo. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz..-	SI.-	Procesador de imágenes para endoscopia con memoria de 32 GB, teclado con protección de grado médico y pad de contacto. Resolución de 1920 x 1080. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz. (IMAGE 1 S CONNECT) ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	54.-
11	4.5.2	Interfaz de enlace de videoendoscopio flexibles y cabezales de camara con capacidad de visualización con calidad FULL HD). El mismo deberá ser compatible con el Procesador de imágenes. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz..-	SI.-	Interfaz de enlace de videoendoscopio flexibles y cabezales de camara con capacidad de visualización con calidad FULL HD) (IMAGE 1 S X-LINK). El mismo es compatible con el Procesador de imágenes. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	54.-
11	4.5.3	Cabezal de camara FULL HD de 50 Hz, con foco fijo, escaner progresivo, sumergible y esterilizable con gas y plasma. Distancia focal de 16 mm +- 1mm, con 2 botones de cabezal de cámara programables. Cabezal Compatible con la interfaz de enlace.-	SI.-	Cabezal de camara FULL HD de 50 Hz, con foco fijo, escaner progresivo, sumergible y esterilizable con gas y plasma. Distancia focal de 16 mm, con 2 botones de cabezal de cámara programables. Cabezal Compatible con la interfaz de enlace.(IMAGE 1 HX One-Chip FULL HD). ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	54.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lázar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

11	4.5.4	Dos Monitores de 27" FULL HD, Resolución de 1920 x 1080 como mínimo. Con entradas de video DVI, VGA, S-Video y señal compuesta y salidas de video: DVI, S-Video, Señal Compuesta. El mismo deberá incluir fuente de alimentación los cables necesarios para la conexión con el sistema completo para su funcionamiento correcto. Los mismos deberán integrarse al módulo mediante soportes para la instalación y visualización óptima del médico.-	SI.-	Dos Monitores de 27" FULL HD, Resolución de 1920 x 1080 . Con entradas de video HDMI, convertidor DP/HDMI-DVI, VGA. Con fuente de alimentación 110-240V AC, 12 volts .Oferente incluira soportes para la instalación y visualización óptima del médico. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	55.-
11	4.5.5	Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta termorresistente, transmisión de luz, con cierre de seguridad, diametro de 4,8 mm +-0,5 mm y longitud de 250 cm +-10cm.-	SI.-	Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta termorresistente, transmisión de luz, con cierre de seguridad, diametro de 4,8 mm y longitud de 250 cm. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	52.-
11	4.5.6	Estante con ruedas y freno o fijo. El mismo deberá tener las capacidad de almacenaje de todo el sistema de la torre. Con puertas y llave para su resguardo.-	SI.-	Estante fijo. Con capacidad de almacenaje y contención de todo el sistema de la torre y accesorios . Con puertas con seguro y cajones (OFI ENT Medi Center PD800 M TN DAK231FSO. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	50.-
11	4.5.7	Sistema de UPS para conexión de todos los componentes de la torre y cables de longitud de 5 m para conexión en la toma eléctrica desde la UPS.-	SI.-	Oferente proveerá sistema de UPS para conexión de todos los componentes de la torre y cables de longitud de 5 m para conexión en la toma eléctrica desde la UPS. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	47.-
11	**4.6**	**Microscopio de otorrinolaringología**			
11	4.6.1	Microscopio de uso para consultorio y procedimientos en otorrinolaringologia.-	SI.-	Microscopio de uso para consultorio y procedimientos en otorrinolaringologia. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	55.-
11	4.6.2	Fuente de luz integrada.-	SI.-	Fuente de luz LED integrada. ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	55.-
11	4.6.3	Un soporte de suspensión integrada al modulo, el soporte deberá estar estructurado con dos brazos como minimo para ajustes de la ubicación del microscopio por parte del usuario para la visualización del paciente.-	SI.-	Un soporte de suspensión integrada al modulo, con dos brazos (giratorio y suspención) para ajustes de la ubicación del microscopio por parte del usuario para la visualización del paciente. ***Hoja de datos técnicos Office 1.***	55.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Hugo José Gómez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

11	4.6.5	Sistema de documentación.-	SI.-	Sistema de documentación (AIDA Documentation system set). ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	54.-
11	4.6.6	CPU con capacidad para grabación de videos y fotos en FULL HD.-	SI.-	CPU con capacidad para grabación de videos y fotos en FULL HD, 4K, 2D/3D.(WD300). ***Hoja de datos técnicos Office 1.-***	54.-
11	4.6.7	Capacidad de elaborar reportes y fichas de pacientes.-	SI.-	Capacidad de elaborar reportes y fichas de pacientes. ***Hoja de datos técnicos AIDA- Paciente. Respuestas a consultas realizadas.-***	8.-
11	4.6.8	Licencias DICOM para la comunicación de las imágenes en el PACS del IPS.-	SI.-	Licencias DICOM para la comunicación de las imágenes en el PACS del IPS. ***Hoja de datos técnicos AIDA- AIDA le apoya en multitud de ámbitos-Reducción de los costes/DICOM Conformance statement. Respuestas a consultas realizadas.-***	10 a 26.-
11	4.6.9	Conectividad con el Sistema informatico hospitalario del IPS.-	SI.-	Conectividad con el Sistema informatico hospitalario del IPS. ***Hoja de datos técnicos Karl Storz OFFICE 1- Integration. Respuestas a consultas realizadas.-***	9.-
11	4.6.10	El equipo deberá poseer la capacidad de interconectar video y audio entre todos los sistemas solicitados para el consultorio.-	SI.-	El equipo deberá poseer la capacidad de interconectar video y audio entre todos los sistemas solicitados para el consultorio. ***Hoja de datos técnicos AIDA- Respuestas a consultas realizadas.-***	10.-

Item 12: Estufa de esterilización

		Especificaciones Técnicas		
		Oferentes	**V & V S.A.-**	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**10.950.000**	**11.000.000**
		Monto total Referencial	**9.229.145**	**9.229.145**
		Diferencia porcentual (%)	**18,65**	**19,19**
12	**1**	**Datos Generales**		

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Eduardo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

12	1.1	Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de esterilizar los objetos de su interior mediante calor seco.	Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de esterilizar los objetos de su interior mediante calor seco.			Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de esterilizar los objetos de su interior mediante calor seco.		
12	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
12	2.1	Marca:	BIOBASE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			GEMMY. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
12	2.2	Modelo:	BOV-T50F. ***Planilla de especificaciones técnicas.-Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-***			YCO-010 de 75 litros. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
12	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			TAIWAN. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
12	2.4	Dirección Web del fabricante:	http://www.biobase.cc.-			www.gemmy.tw.-		
		Criterios de evaluación						
12	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
12	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	61.-	SI.-	Certificado CE.-	207.-
12	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	ISO 13485.***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	62.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	208.-
12	**4**	**Características**						
12	4.1	Cabina interna de acero inoxidable.-	SI.-	Cabina interna de acero inoxidable 304. ***Hoja de datos técnicos Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Cámara interna de acero inoxidable. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO-010 Series.-***	209.-
12	4.2	Aislamiento térmico en paredes y puerta.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo BOV-T50F) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	63.-	SI.-	Construcción con doble pared y aislamiento de fibra de vidrio. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO-010 Series.-***	209.-
12	4.3	Protección eléctrica interna. Interrupción automática de funcionamiento.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo BOV-T50F) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	63.-	SI.-	Protección eléctrica interna. Interrupción automática de funcionamiento. Alarma por sobre temperatura y dispositivo de apagado a 10 °C sobre el punto fijado. Interruptor de seguridad independiente para apagar la energía protejiendo a la estufa contra calentamiento excesivo. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

12	4.4	Controlado por microprocesador.-	SI.-	Controlado por microprocesador. ***Hoja de datos técnicos Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Controlado por microprocesador. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-
12	4.5	Capacidad: hasta 60 litros.-	SI.-	Capacidad: 50 litros. ***Hoja de datos técnicos Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	NO.-	Oferente presenta equipo con volumen superior al solicitado (75 litros). ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-
12	4.6	Por lo menos 2 bandejas.-	SI.-	Número de bandejas:2. ***Hoja de datos técnicos Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Dos bandejas de acero inoxidable. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-
12	4.7	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 350°C.-	NO.-	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente (RT +10°) hasta 250°C.***Hoja de datos técnicos Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	NO.-	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente+5 ° C hasta 250°C. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-
12	4.8	Precisión de temperatura: ± 5°C.-	SI.-	Precisión (fluctuación) de temperatura: ±0.5°C. Hoja de datos técnicos ***Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Precisión de temperatura: ± 2°C. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-
12	4.9	Sensor de temperatura: Con protección en acero inoxidable.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo BOV-T50F) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	63.-	SI.-	Sensor de temperatura: Con protección en acero inoxidable.***Hoja de datos técnicos GEMMY Industrial Corp-Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	56.-
12	4.10	Temporizador: hasta 2 horas como mínimo.-	SI.-	Temporizador: 1-9999 minutos. ***Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Temporizador de 9 horas 59 minutos. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

12	4.11	Alarmas de fin de ciclo con avisos audibles y visuales.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo BOV-T50F) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	63.-	SI.-	Alarmas de fin de ciclo con avisos audibles y visuales. ***Hoja de datos técnicos Gemmy YCO.010 series .-***	209.-
12	4.12	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50/60Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos GEMMY Industrial Corp-Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	56.-
12	4.13	Temperatura de operación: 5 a 40°C.-	SI.-	Temperatura de operación: 5 a 40°C. ***Esterilizadores de aire caliente BIOBASE. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	63.-	SI.-	Temperatura de operación: 5 a 40°C. ***Hoja de datos técnicos GEMMY Industrial Corp-Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	56.-
12	4.14	Humedad: 15 a 95% RH.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo BOV-T50F) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	63.-	SI.-	Humedad: 15 a 95% RH. ***Hoja de datos técnicos GEMMY Industrial Corp-Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	56.-
12	4.15	Idioma de paneles: Español o Inglés con su correspondiente pictografía.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo BOV-T50F) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	63.-	SI.-	Idioma de paneles: Inglés con su correspondiente pictografía. ***Hoja de datos técnicos GEMMY Industrial Corp-Programar temperatura. Respuestas a consultas realizadas.-***	57.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Galeano
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Item 13: Foróptero

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**340.000.000**		
		Monto total Referencial	**283.800.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,80**		
13	**1**	**Datos Generales**			
13	1.1	Descripción general: dispositivo oftalmológico, comúnmente utilizado por los profesionales de la visión durante un examen de ojos , y contiene diferentes lentes utilizados para la refracción del ojo durante la prueba para medir el de error de refracción de un individuo.-	Descripción general: dispositivo oftalmológico, comúnmente utilizado por los profesionales de la visión durante un examen de ojos , y contiene diferentes lentes utilizados para la refracción del ojo durante la prueba para medir el de error de refracción de un individuo.-		
13	**2**	**Datos provcídos por el oferente**			
13	2.1	Marca:	APRAMED.*Planilla de especificaciones técnicas.-*		
13	2.2	Modelo:	AO. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
13	2.3	Origen:	BRASIL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
13	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.apramed.com.br.-		
		Criterios de evaluación			
13	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
13	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	211.-
13	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485, *Respuestas a consultas realizadas.-*	60.-
13	**4**	**Características**			
13	4.1	Potencia esférica de -19.00D (o menor) a +16.75D (o más), intervalos de 0.25D o menor.-	SI.-	de -19.00D a +16.75D. *Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-*	214.-
13	4.2	Potencia cilindro de -6.00D (o menor) a 0.00D (o mayor), intervalos de 0.25D o menor.-	SI.-	de -6.00D a 0.00D. *Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-*	214.-
13	4.3	Eje cilindro: 0 a 180°.-	SI.-	Eje cilindro: 0-180°. *Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-*	214.-
13	4.4	Intervalos: 5° o menor.-	SI.-	Intervalos: 5°. *Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-*	214.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

13	4.5	Cilindro cruzado: ± 0.25D.-	SI.-	Cilindro cruzado: ± 0.25D. ***Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-***	214.-
13	4.6	Prisma giratorio: 0 a 20 Δ. Intervalo: 1 de graduación.-	SI.-	Prisma giratorio: 0 a 20D, intervalos de 1D. ***Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-***	214.-
13	4.7	Ajuste interpupilar sincronizado derecha e izquierda: 48 mm (o menor) a 80 mm (o mayor).-	SI.-	Ajuste interpupilar sincronizado derecha e izquierda: 48mm a 80mm. ***Hoja de datos tecnicos Foroptero Apramed AO.-***	214.-
13	4.8	Distancia al vértice: dentro del rango de 16mm (o mayor).-	SI.-	Distancia al vértice: dentro del rango de 16mm.***Hoja de datos técnicos apramed-Especificaciones técnicas-Distancia. Respuesta a consultas realizadas.-***	61.-
13	4.9	Lentes auxiliares: apertura, polarizados, rojo/verde o rojo/blanco, maddox horizontal y vertical.-	SI.-	Lentes auxiliares: apertura, polarizados, rojo/verde, maddox horizontal y vertical. ***.Hoja de datos técnicos apramed-Especificaciones técnicas-Distancia. Respuesta a consultas realizadas.-***	61.-
13	4.10	Lentes de vidrio antirreflejante.-	SI.-	Lentes de vidrio antirreflejante. ***Hoja de datos técnicos apramed-Especificaciones técnicas-Distancia. Respuesta a consultas realizadas.-***	61.-
13	4.11	Peso: 5 Kg o menor.-	SI.-	Peso: 4.5 Kg. ***Hoja de datos técnicos apramed-Especificaciones técnicas-Distancia. Respuesta a consultas realizadas.-***	61.-
13	4.12	Cobertores contra polvo geometricamente similar a la superficie externa del equipo.-	SI.-	Oferente proveera Cobertores contra polvo geometricamente similar a la superficie externa del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	59.-

Item 14: Frontoluz

		Especificaciones Técnicas		
		Oferentes	**ARGON S.R.L.-**	**ALBATROS S.A.C.I.-**
		Monto Total Oferta	**107.000.000**	**110.250.000**
		Monto total Referencial	**119.149.200**	**119.149.200**
		Diferencia porcentual (%)	**-10,20**	**-7,47**
14	1	**Datos Generales**		

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

14	1.1	Descripción: Equipo biomédico diseñado para la medición del campo visual.-	Descripción: Equipo biomédico diseñado para la medición del campo visual.-				Descripción: Equipo biomédico diseñado para la medición del campo visual.-		
14	2	**Datos proveídos por el oferente**							
14	2.1	Marca:	HEINE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				KARL STORZ. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
14	2.2	Modelo:	ML 4 LED HeadLight. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				KS70. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
14	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
14	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.heine.com.-				www.karlstorz.de.-		
		Criterios de evaluación							
14	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**		**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
14	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE (declaracion de conformidad D-82211) ***Respuestas a consultas realizadas.-***	63.-		SI.-	Certificado CE.-	87.-
14	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	217.-		SI.-	Norma ISO 13485.-	88 a 91.-
14	**4**	**Caracteristicas**							
14	4.1	Iluminación de al menos 45.000 lux o mejor con una distancia de trabajo de 250 mm.-	SI.-	Iluminación de 65.000 lux con una distancia de trabajo de 250 mm. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-		SI.-	Iluminación superior a 45.000 lux con una distancia de trabajo de 250 mm . Referencias con lámpara LED blanca: 800.000 lux medido directamente en la superficie de la cubierta del cristal y 32000 lux a 400 mm de la fuente. ***Hoja de datos técnicos Fotóforo frontal LED KS70. Respuestas a consultas realizadas.-***	27.-
14	4.2	Temperatura de color de al menos 6. 000 Kelvin.-	SI.-	Temperatura de color de al menos 6. 500 Kelvin (opcional). ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-		SI.-	LED Blanco (luz fria) de alta luminosidad . ***Hoja de datos técnicos Fotóforo frontal LED KS70. Respuestas a consultas realizadas.-***	27, 28, 29.-
14	4.3	Durabilidad de las lámparas: LED gran potencia con 50 000 horas o mayor.-	SI.-	Durabilidad de las lámparas: LED gran potencia con 50 000 horas. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-		SI.-	Durabilidad de las lámparas: LED gran potencia con 50 000 horas. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70.-***	66.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ed. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

14	4.4	Sistema de absorción para el ventilador refrigerador integrado garantiza un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.-	NO.-	No se visualiza el requerimiento solicitado en las respuestas a consultas realizadas. Oferente indica solo " gestión térmica" para dar cumplimiento a funcionalidad requerida en pag. 134 de ***hoja de datos técnicos Heine ML4 LED.*** (folio 64).	64.-	NO.-	Reducida generación de calor -mayor comodidad de uso incluso en procedimientos de larga duración. Reducido consumo de energía . Sin embargo no se visualiza el requerimiento solicitado en las respuestas a consultas realizadas. ***Hoja de datos técnicos Fotóforo frontal LED KS70 . Respuestas a consultas realizadas.-***	28.-
14	4.5	Regulación del campo luminoso: Diafragma iris de regulación continua. Diámetro del campo luminoso regulable entre 30 (+/-10) mm a 150 (+/-10) mm , con distancia de trabajo de 400 (+/-10) mm .-	NO.-	Existen diferencias en este requerimiento en documentaciones presentadas para el modelo ofertado: (carpeta original y respuestas a consultas realizadas) **Carpeta original:** Regulación del campo luminoso: Diafragma iris de regulación continua. Diámetro del campo luminoso regulable de 30mm a **80 mm (no cumple límite superior)**, con distancia de trabajo de 420 mm (no cumple distancia de trabajo). ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED.-*** **Documentacion (consultas):** Regulación del campo luminoso: Diafragma iris de regulación continua. Diámetro del campo luminoso regulable de 30mm a 280 mm, con distancia de trabajo de 420 mm (no cumple distancia de trabajo). ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED.-*** Cabe mencionar que tal requerimiento fue verificado con la información proveida en carpeta original y no fue consultado.-	218, 64.-	SI.-	Regulación del campo luminoso: Diafragma iris de regulación continua (mediante curvatura de lente). Diámetro del campo luminoso regulable entre 30 mm a 150 mm , con distancia de trabajo de 400 mm. ***Hoja de datos técnicos Fotóforo frontal LED KS70 . Respuestas a consultas realizadas.-***	29.-
14	4.6	Angulo de inclinación: Regulable de forma individual.-	SI.-	Óptica abatible para cualquier ángulo de visión. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED.-***	218.-	SI.-	Angulo de inclinación: Regulable de forma individual. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70-Flexibilidad.-***	66.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

14	4.7	Reóstato: Montaje sobre cinta craneal con regulador de tensión integrado.-	SI.-	Reóstato: Montaje sobre cinta craneal con regulador de tensión integrado. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED (imagen).-***	218.-	SI.-	Unidad de control con potencia luminosa regulable en tres niveles y portapilas en la cinta frontal. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70-la última innovación en la gama de fotóforos KS-Iluminación médica del máximo nivel.-***	65, 67.-
14	4.8	Óptica: Sistema óptico de corrección múltiple para mayor luminosidad.-	SI.-	Óptica: Sistema óptico de corrección múltiple para mayor luminosidad (LEDHQ). ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-	SI.-	La tecnología de lentes líquidas proporciona extraordinarias propiedades de iluminación y de concentración de la energía luminosa sin merma del rendimiento luminoso. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70-la última innovación en la gama de fotóforos KS-Iluminación médica del máximo nivel.-***	65.-
14	4.9	Con Batería integrada en la cinta craneal.-	SI.-	Con Batería integrada en la cinta craneal. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED.-***	218.-	SI.-	Portapilas a ambos lados en la cinta frontal. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70.-***	67.-
14	4.10	Indicador del nivel de carga.-	SI.-	Indicador del nivel de carga. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED -Opciones de fuente de tensión. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-	SI.-	Indicador del nivel de carga. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70.-***	66.-
14	4.11	Indicador del tiempo de servicio restante.-	SI.-	Indicador del tiempo de servicio restante. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED -Opciones de fuente de tensión. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-	SI.-	Posee indicador intermitente para avisar de que las pilas se están agotando (tres niveles luminosos). ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70 (imagen)/ Tabla de datos técnicos. Particularidad.-***	66, 67.-
14	4.12	Uso del equipo mientras se carga.-	SI.-	Uso del equipo mientras se carga. Sistema de carga integrado a la cinta (HEINE mPack UMPLUGGED). ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED -Opciones de fuente de tensión. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-	NO.-	Equipo posee cargador de mesa para baterías. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70.-Accesorio para fotóforo frontal KS70 (11301 DL).***	67.-
14	4.13	Tiempo de servicio 4 horas.-	SI.-	Tiempo de servicio 4.5 horas. ***Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED -Opciones de fuente de tensión. Respuestas a consultas realizadas.-***	64.-	SI.-	Tiempo de servicio de 18 horas. ***Catálogo Storz fotóforo frontal KS70.-***	66.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

14	4.14	Alimentación principal: 220 V AC ±10% / 50 Hz.-	SI.-	Alimentación principal: 220 V AC ±10% / 50 Hz. (HEINE EN50 UMPLUGGED) . *Hoja de datos técnicos Heine ML4 LED -Opciones de fuente de tensión/ Technical specifications. Respuestas a consultas realizadas.-*	64, 65.-	SI.-	Alimentación principal: 90-264 V AC / 50/60 Hz. (cargador de baterías). *Catálogo Storz fotóforo frontal KS70.-Accesorio para fotóforo frontal KS70.-*	67.-

Item 15: Lampara cuello de cisne

		Especificaciones Técnicas						
		Oferentes	**V & V S.A.-**			**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**9.080.000**			**9.090.000**		
		Monto total Referencial	**7.650.000**			**7.650.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**18,69**			**18,82**		
15	**1**	**Datos Generales**						
15	1.1	Descripción: Equipo diseñado para iluminar un área o cavidad del paciente durante inspección médica.	Descripción: Equipo diseñado para iluminar un área o cavidad del paciente durante inspección médica.-			Descripción: Equipo diseñado para iluminar un área o cavidad del paciente durante inspección médica.-		
15	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
15	2.1	Marca:	ARI MEDICAL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			ESTRELLA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
15	2.2	Modelo:	YD01A. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			LI-01. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
15	2.3	Origen:	CHINA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			NACIONAL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
15	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.ari-cn.com.-			www.argonmed.com.-		
		Criterios de evaluación						
15	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
15	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Para caso de productos de fabricacion Nacional se podran ofertar equipos con registro de marca de fabricacion nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio.-	SI.-	Certificado CE. *Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019. -*	069, 002.-	SI.-	Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio.-	38, 39, 40.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

15	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Normas de calidad generales: ISO 13485.***Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	070, 002.-	SI.-	No aplica.-	.....
15	**4**	**Características**						
15	4.1	Base estable, maciza, sin ruedas.-	SI.-	Base estable, maciza, sin ruedas (opcional). ***Hoja de datos técnicos ARI Medical YD01A.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	71.-	SI.-	Base estable, maciza, sin ruedas. ***Hoja de datos técnicos lámpara portatil cuello de cisne LI-01.-***	220.-
15	4.2	Cuello de la lámpara movible.-	SI.-	Cuello de la lámpara movible.(Arco- ajuste arriba/abajo). ***Hoja de datos técnicos ARI Medical YD01A.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	71.-	SI.-	Cuello de la lámpara movible. ***Hoja de datos técnicos lámpara portatil cuello de cisne LI-01.-***	220.-
15	4.3	Estructura de polimero de alta densidad o metal con aislación eléctrica.-	SI.-	Estructura de metal con aislación eléctrica. ***Hoja de datos técnicos ARI Medical YD01A (imagen).Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	71.-	SI.-	Estructura de polimero de alta densidad o metal con aislación eléctrica. ***Hoja de datos técnicos lámpara portatil cuello de cisne LI-01.-***	220.-
15	4.4	Pantalla reflectora.-	SI.-	Pantalla reflectora. ***Hoja de datos técnicos ARI Medical YD01A (imagen).Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	71.-	SI.-	Pantalla reflectora. ***Hoja de datos técnicos lámpara portatil cuello de cisne LI-01.-***	220.-
15	4.5	Lampara LED de 10 W o mayor.-	SI.-	Bombilla LED 10W. ***Hoja de datos técnicos ARI Medical YD01A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	71.-	SI.-	Lampara LED de 10 W. ***Hoja de datos técnicos lámpara portatil cuello de cisne LI-01.-***	220.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

15	4.6	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos ARI Medical YD01A.Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	71.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos lámpara portatil cuello de cisne LI-01.-***	220.-

Item 16: Lampara de hendidura

Especificaciones Técnicas					
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**515.814.000**		
		Monto total Referencial	**430.266.664**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,88**		
16	**1**	**Datos Generales**			
16	1.1	Descripción general: microscopio binocular dotado de una potente fuente de luz que permite ver en tres dimensiones y con una amplificación.-	Descripción general: microscopio binocular dotado de una potente fuente de luz que permite ver en tres dimensiones y con una amplificación.-		
16	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
16	2.1	Marca:	APRAMED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
16	2.2	Modelo:	SLL3M. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
16	2.3	Origen:	BRASIL. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
16	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.apramed.com.br.-		
Criterios de evaluación					
16	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
16	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	222.-
16	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	223.-
16	**4**	**Características**			
16	**4.1**	**Microscopio**			
16	4.1.1	Binocular estereoscópico.-	SI.-	Binocular estereoscopico . ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

16	4.1.2	Aumento total: hasta 25X (o mayor).	SI.-	Aumento total: 10X, 16X, 25X. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	4.1.3	Ajuste de distancia interpupilar: de 52mm (o menor) -78mm (o mayor).-	SI.-	Ajuste de distancia interpupilar: 52mm-82mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	**4.2**	**Hendidura**			
16	4.2.1	Ancho de hendidura variable de: 0 - 12mm (o menor).-	SI.-	Ancho de hendidura variable de: 0 - 12mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed Slit Lamp SLL3M. Respuestas a consultas realizadas.-***	67.-
16	4.2.2	Longitud de hendidura variable de: 1mm (o menor) - 8mm (o mayor).-	SI.-	Longitud de hendidura variable de: 1-14mm ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	4.2.3	Giro de la hendidura: 0 - 180°.	SI.-	Giro de la hendidura:0-180°. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	4.2.4	Varilla de enfoque, luz de fijación.	SI.-	varilla- accesorios. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	221-225.-
16	**4.3**	**Base**			
16	4.3.1	Movimiento vertical: 30 mm o mayor.-	SI.-	Movimiento vertical: 30mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	4.3.2	Movimiento longitudinal: 70 mm o mayor.-	SI.-	Movimiento longitudinal: 70mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	4.3.3	Movimiento lateral: 110 mm o mayor.-	SI.-	Movimiento lateral: 110mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	**4.4**	**Apoya mentón**			
16	4.4.1	Movimiento vertical: 75 mm o mayor.-	SI.-	Movimiento vertical: 75mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	4.4.2	Luz de fijación con lampara adecuada para el equipo. Proveer de 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto.-	SI.-	Luz de fijación con lampara adecuada para el equipo. Oferente proveerá de 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	66.-
16	4.4.3	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V 50 Hz. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-
16	**4.5**	**Tonómetro de aplanación**			
16	4.5.1	Para tonometria de contacto.-	SI.-	De aplanación. ***Hoja de datos técnicos HAAG STREIT AG AT870.-***	225.-
16	4.5.2	Adaptable a la lámpara de hendidura.-	SI.-	Adaptable. ***Hoja de datos técnicos HAAG STREIT AG AT870.-***	228.-
16	4.5.3	Prisma doble intercambiable.-	SI.-	Prisma doble intercambiable. ***Hoja de datos técnicos HAAG STREIT AG AT870. Respuestas a consultas realizadas.-***	68.-
16	4.5.4	Rango de medición: 0 - 60mmHg (o más). Incrementos de 1mmHg.-	SI.-	Rango de medición: 0-80mmHg, 1 mmHg. ***Hoja de datos técnicos HAAG STREIT AG AT870/AT900.-***	228.-
16	**4.6**	**Otras características**			
16	4.6.1	Mesa con regulación eléctrica de altura, apropiada para el equipo.-	SI.-	Mesa eléctrica central . ***Hoja de datos técnicos mesa eléctrica central Apramed modelo central C.-***	226.-
16	4.6.2	Taburete de altura regulable (a gas): 2 (dos) por cada equipo.-	SI.-	Taburete con regulación a gas. Cantidad: dos por cada equipo. ***Hoja de datos técnicos taburete apramed modelo APM1.-***	221-227.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

16	4.6.3	Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.-	SI.-	Oferente proveerá cobertores similares a la superficie externa del equipo. Planilla de especificaciones técnicas.-	221.-
16	4.6.4	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V 50 Hz. ***Hoja de datos técnicos Apramed SLL3M.-***	225.-

Item 17: Lampara scialitica portatil

		Especificaciones Técnicas							
		Oferentes	**V & V S.A.-**			**ARGON S.R.L.-**			
		Monto Total Oferta	**34.000.000**			**34.735.008**			
		Monto total Referencial	**27.912.416**			**27.912.416**			
		Diferencia porcentual (%)	**21,81**			**24,44**			
17	**1**	**Datos Generales**							
17	1.1	Descripción: Equipo portátil diseñado para iluminar un área o cavidad del paciente para procedimientos e inspección.-	Descripción: Equipo portátil diseñado para iluminar un área o cavidad del paciente para procedimientos e inspección.-			Descripción: Equipo portátil diseñado para iluminar un área o cavidad del paciente para procedimientos e inspección.-			
17	**2**	**Datos proveidos por el oferente**							
17	2.1	Marca:	ARI MEDICAL. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***			HEAL FORCE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
17	2.2	Modelo:	AML720. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***			TopLED-6000LE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
17	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***			CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			
17	2.4	Dirección Web del fabricante	www.ari.en.com.-			www.healforce.com.-			
		Criterios de evaluación							
17	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**		**Folio**
17	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	069.-	NO.-	Certificado CE no hace referencia a marca ni modelo ofertado.Oferente no presenta documentación pese a las consultas realizadas.-		.....
17	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	070.-	NO.-	Oferente no presenta documentación pese a las consultas realizadas.-		.....
17	**4**	**Características**							

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

17	4.1	Montaje sobre columna fija a pedestal rodable.-	SI.-	Montaje sobre columna fija a pedestal rodable. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Montaje sobre columna fija a pedestal rodable. ***Hoja de datos técnicos HealForce TopLED 6000LE (Gráfica). Respuestas a consultas realizadas.-***	71.-
17	4.2	Pedestal con sistema de cuatro ruedas y frenos en dos ruedas como mínimo.-	SI.-	Pedestal con sistema de cuatro ruedas y frenos en dos ruedas. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Pedestal con sistema de cuatro ruedas y frenos en dos ruedas como mínimo. ***Hoja de datos técnicos HealForce TopLED 6000LE (Gráfica). Respuestas a consultas realizadas.-***	71.-
17	4.3	Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C.-	SI.-	Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	NO.-	Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje en ***270°C*** (oferente detalla en planilla de especificaciones técnicas (respuestas a consultas realizadas) que el giro de la cúpula en torno de su propio eje es de 360° (180°+ 180°). Sin embargo en la documentación técnica presentada se visualiza ángulo de 270° para el movimiento de la cúpula en torno a su propio eje. ***Hoja de datos técnicos HealForce TopLED 6000LE (Gráfica). Respuestas a consultas realizadas.-***	69, 71.-
17	**4.2**	**Brazo porta lámpara.**						
17	4.2.1	Giro rotatorio de 360°.-	SI.-	Giro rotatorio de 360°. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Giro rotatorio de 360°. ***Hoja de datos técnicos HealForce TopLED 6000LE (Gráfica). Respuestas a consultas realizadas.-***	71.-
17	4.2.2	Ajuste a ±35° como mínimo.-	SI.-	Ajuste a ±35°. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	NO.-	Ajuste a ±30°. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series.***	235.-
17	4.2.3	Articulado.-	SI.-	Articulado. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Brazo con resortes articulado. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series.***	235.-
17	**4.3**	**Lámpara**						

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

17	4.3.1	Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveída (modelo AML 720) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	072.-	NO.-	Inconsistencias entre documentaciones técnicas presentadas. **Documentación en la presentación de la oferta (folio 236):** Tabla de especificaciones técnicas- Campo DILUCION DE SOMBRAS: Iluminación residual cuando el haz se ve obstaculizado por una másca: 70%, Iluminación residual cuando el haz es obstruido por dos máscaras:80%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado (interior): 100%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado cuando el haz está obstruido por una mascara:70%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado cuando el haz está obstruido por dos máscara:80%. **Documentación en respuestas a consultas (folio 70):** Tabla de especificaciones técnicas- Campo DILUCION DE SOMBRAS: Iluminación residual cuando el haz se ve obstaculizado por una máscara: 70%, Iluminación residual cuando el haz obstruido por dos máscaras:80%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado (interior): 100%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado cuando el haz está onstruido por una mascara:70%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado cuando el haz está obstruido por dos máscara:80%. ***Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos. Sistema de reflexión de lentes individual por LED.-*** Además de la diferencia entre información presentada, oferente no explica tecnicamente sistema de compensación automática de la disminución de intensidad.-	236. 70.-
17	4.3.2	**Fuente de luz:**						

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. José Ramón Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

17	4.3.2.1	LED blanco de al menos 45 leds.	SI.-	LED blanco de 72 leds en matriz de 12 x 6 . ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	NO.-	Inconsistencias entre documentaciones técnicas presentadas. **Documentación en la presentación de la oferta (folio 236):** Tabla de especificaciones técnicas- Campo Número de Lámparas: 90 LEDs **Documentación en respuestas a consultas (folio 70):** Tabla de especificaciones técnicas- Campo Número de Lámparas: 90 LEDs ***blanco.-***	236, 70.-
17	4.3.2.2	Ensamblado en base de aluminio.	SI.-	Ensamblado en base de aluminio. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Ensamblado en base de aluminio. ***Hoja de datos técnicos HealForce TopLED 6000LE- Especificaciones técnicas. Cúpula.-***	70.-
17	4.3.2.3	Tiempo de vida útil de 30.000 horas	SI.-	Tiempo de vida útil de 50,000 horas. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Tiempo de vida útil de 50,000 horas. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 8 Condiciones de uso normal de la lámpara de la cirugía sin sombras.-***	236.-
17	4.3.3	Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin.-	SI.-	Temperatura de color de hasta 5000 +/- 500 grados Kelvin en ocho etapas de ajuste de brillo. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Temperatura de color de 4500 grados Kelvin. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 9 índice técnico principal Satélite Principal.-***	236.-
17	4.3.4	Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo.-	SI.-	Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 95 %. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 96 %. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 9 índice técnico principal Satélite Principal.-***	236.-
17	4.3.6	Sistema de reflexión de lentes individual por LED.-	SI.-	Sistema de reflexión de lentes individual por LED. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 (imagen). Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	NO.-	**Documentación en respuestas a consultas (folio 70):** Tabla de especificaciones técnicas- Campo DILUCION DE SOMBRAS: Iluminación residual cuando el haz se ve obstaculizado por una máscara: 70%, Iluminación residual cuando el haz obstruido por dos máscaras:80%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado (interior): 100%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado cuando el haz está onstruido por una mascara:70%. Iluminación residual en el fondo de un tubo normalizado cuando el haz está obstruido por dos máscara:80%. Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos ***Sistema de reflexión de lentes individual por LED.-*** Oferente no da detalle del sistema de reflexión de lentes individual por LED solo incluye en tabla de especificaciones técnicas el requerimiento solicitado.-	70.-
17	**4.4**	**Campo de trabajo.**						
17	4.4.1	Diámetro del campo de iluminación de 20 cm como mínimo.-	SI.-	Diámetro del campo de iluminación de hasta 28 cm. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Campo de iluminación: 20 cms a 1 metro de distancia. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 9 índice técnico principal Satélite Principal.-***	236.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

17	4.4.4	Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. -	SI.-	Intensidad luminosa homogénea mayor o igual a 120.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 9 índice técnico principal Satélite Principal.-***	236.-
17	4.4.5	Mango desmontable, esterilizable y de ensamble rápido no enroscable.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveida (modelo AML 720) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	072.-	SI.-	Mango desmontable, esterilizable y de ensamble rápido no enroscable. ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 4 Uso y manipulación.-***	236.-
17	**5**	**Otras especificaciones**						
17	5.1	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 110 - 240V CA 50/60Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10V / 50/60Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Manual del usuario Heal Force TopLed Series- 8 Condiciones de uso normal de la lámpara de la cirugía sin sombras.-***	236.-
17	5.2	Bateria interna con indicador de la carga y autonomia, con carga de 100% en por lo menos 3 horas.-	SI.-	Bateria interna con indicador de la carga y autonomia, con carga de 100% en por lo menos 4 horas continuas. ***Hoja de datos técnicos ARI AML 720 . Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	072.-	SI.-	Bateria interna con indicador de la carga y autonomia, con carga de 100% en por lo menos 3 horas. ***Hoja de datos técnicos HealForce TopLED 6000LE - Especificaciones técnicas-Sistema de batería- Respuestas a consultas realizadas.-***	70.-

Item 18: Lensometro

		Especificaciones Técnicas	
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**65.200.000**
		Monto total Referencial	**54.400.000**
		Diferencia porcentual (%)	**19,85**
18	**1**	**Datos Generales**	
18	1.1	Descripción general: Dispositivo de diagnóstico oftalmológico utilizado para la determinación del centro óptico y medición de la potencia (dióptria)	Descripción general: Dispositivo de diagnóstico oftalmológico utilizado para la determinación del centro óptico y medición de la potencia (dióptria)
18	**2**	**Datos proveídos por el oferente**	
18	2.1	Marca:	APRAMED . ***Planilla de especificaciones técnicas.-***

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

18	2.2	Modelo:	NJC-4. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
18	2.3	Origen:	BRASIL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*		
18	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.apramed.com.br.-		
		Criterios de evaluación			
18	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
18	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	240.-
18	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	241.-
18	**4**	**Características**			
18	4.1	Rango de potencia: 0 a ±25D o mayor, con intervalos de 0.125D o menor al menos entre ±3D.-	SI.-	Rango de potencia: 0 a ±25D, con intervalos de 0.125D entre ±3D, y fuera del rango ±3D hasta ±25D el intervalo es 0.25D. *Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-*	73.-
18	4.2	Eje de cilindro: 30° -180° o mayor rango. Intervalo 1° o menor.-	SI.-	Eje de cilindro: 0° -180°. Intervalo 1°. *Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-*	73.-
18	4.3	Potencia prismática: 0 - 5 Δ o mayor. Intervalo 1 Δ o menor.-	SI.-	Potencia prismática: 0 - 6 Δ (lectura en campo de visión). Intervalo 1 Δ. *Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-*	73.-
18	4.4	Compensador de prisma: 15 Δ o mayor. Intervalo 1 Δ o menor.-	SI.-	Compensador de prisma: 15 Δ. Intervalo 1 Δ. *Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-*	73.-
18	4.5	Angulo de inclinación del instrumento: 30° - 90° o mayor rango.-	SI.-	Angulo de inclinación del instrumento: 30° - 90°. *Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-*	73.-
18	4.6	Diámetro de lentes medibles: 35mm (o menor) - 80mm mayor).-	SI.-	Diámetro de lentes medibles: 32mm a 90mm. *Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-*	243.-
18	4.7	Fuente de iluminación LED o halógena. En caso de ser halógena deben ser proveídas 3 (tres) lamparas adicionales de repuesto.-	SI.-	Lámpara halógena. Oferente proveerá tres (03) lámparas halógenas de repuesto. *Planilla de especificaciones técnicas.-*	243.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Edgar José Campos Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

18	4.9	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-***	239, 243,73.-
18	4.10	Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.-	SI.-	Oferente proveerá cobertor contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo. ***Hoja de datos técnicos Apramed NJC4. Respuestas a consultas realizadas.-***	239.-

Item 19: Nasofibroscopio de extracción de muestras

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ALBATROS S.A.C.I.-**		
		Monto Total Oferta	**85.000.000**		
		Monto total Referencial	**85.000.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**0**		
19	**1**	**Datos Generales**			
19	1.1	Descripción: Dispositivo para realizar inspección y extracción de muestras para biopsias en consultorio de otorrinolaringología.-	Descripción: Dispositivo para realizar inspección y extracción de muestras para biopsias en consultorio de otorrinolaringología.-		
19	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
19	2.1	Marca:	KARL STORZ. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
19	2.2	Modelo:	.....		
19	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
19	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.karlstorz.de.-		
		Criterios de evaluación			
19	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
19	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	87.-
19	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	88 a 91.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Velázquez
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

19	4	**Características**			
19	4.1	Dispositivo con acodamiento arriba/debajo de 180° y 100°.-	SI.-	Dispositivo con acodamiento arriba/debajo de 180° y 100°. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD Acodamiento.-***	69.-
19	4.2	Optica de 0° con angulo de abertura de 90°, diámetro de canal de trabajo de 1,5 mm interior y diámetro de extremo distal de 3,5 mm exterior, longitud útil entre 34 y 36 cm.-	SI.-	Optica de 0° con angulo de abertura de 90°, diámetro de canal de trabajo de 1,5 mm interior y diámetro de extremo distal de 3,5 mm exterior, longitud útil de 34 cm. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD.-***	69.-
19	4.3	El oferente deberá proveer maletin de transporte. Tapón de compensador de presión y tester de estanqueidad.-	SI.-	Oferente proveerá maletín de transporte. Tapón de compensador de presión y tester de estanqueidad. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	69.-
19	4.4	Protector dental para el paciente esterlizable.-	SI.-	Protector dental para el paciente esterlizable ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	69.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

19	4.5	Cepillo de limpieza. Cantidad: Dos unidades.-	SI.-	Oferente proveerá Cepillo de limpieza. Cantidad: Dos unidades. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	69.-
19	4.6	Pinza para biopsia. Cantidad: Dos unidades.-	SI.-	Oferente proveerá Pinza para biopsia. Cantidad: Dos unidades. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	69.-
19	4.7	Pinza de agarre. Cantidad: Dos unidades.-	SI.-	Oferente proveerá Pinza de agarre. Cantidad: Dos unidades. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11001 RD. Accesorios incluidos en el suministro.-***	69.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabio José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Matr. C.S.J. N° 25.175

Item 20: Nasofibroscopio de inspección

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ALBATROS S.A.C.I.-**		
		Monto Total Oferta	**75.000.000**		
		Monto total Referencial	**75.000.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**0**		
20	**1**	**Datos Generales**			
20	1.1	Descripción: Dispositivo para realizar inspección en consultorio de otorrinolaringología y extracción de muestras para biopsia.-	Descripción: Dispositivo para realizar inspección en consultorio de otorrinolaringología y extracción de muestras para biopsia.-		
20	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
20	2.1	Marca:	KARL STORZ. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
20	2.2	Modelo:	.....		
20	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
20	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.karlstorz.de.-		
		Criterios de evaluación			
20	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
20	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	87.-
20	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	88 a 91.-
20	**4**	**Características**			
20	4.1	Dispositivo con acodamiento arriba/debajo de 180° y 90°.-	SI.-	Dispositivo con acodamiento arriba/debajo de 180° y 90°. ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-11101 SK- Acodamiento.-***	71.-
20	4.2	Optica de 0° con angulo de abertura de 90°, diametro del extremo distal de 2.5mm +- 0.2mm exterior y longitud en el rango de 27 a 30 cm.-	SI.-	Optica de 0° con angulo de abertura de 90°, diametro del extremo distal de 2.5mm exterior y longitud de 27 cm ***Hoja de datos técnicos Rinofibroscopios-1101 SK.-***	71.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

20	4.3	El oferente deberá proveer maletín de transporte. Tapón de compensador de presión y tester de estanqueidad.-	SI.-	Oferente proveerá maletín de transporte. Tapón de compensador de presión y tester de estanqueidad. ***Hoja de datos técnicos Rinoflbroscopios-11101 SK. Accesorios incluidos en el suministro.-***	71.-

Item 21: Oftalmoscópio directo

		Especificaciones Técnicas							
		Oferentes	**V & V S.A.-**				**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**54.400.000**				**55.000.000**		
		Monto total Referencial	**45.924.000**				**45.924.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**18,46**				**19,76**		
21	**1**	**Datos Generales**							
21	1.1	Descripción general: Dispositivo de diagnóstico oftalomológico para examinar el interior del ojo.	Descripción general: Dispositivo de diagnóstico oftalomológico para examinar el interior del ojo.				Descripción general: Dispositivo de diagnóstico oftalomológico para examinar el interior del ojo.-		
21	**2**	**Datos proveídos por el oferente**							
21	2.1	Marca:	BOLAN. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***				HEINE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
21	2.2	Modelo:	YZ11D, ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***				BETA 200 LED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
21	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***				ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
21	2.4	Dirección Web del fabricante:	N.A.-				www.heine.com.-		
		Criterios de evaluación							
21	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**		**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abogado C.S.J. Nº 25.175

21	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE. ***Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	077, 078, 002.-	SI.-	Certificado CE.-	245.-
21	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13481. ***Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	079, 002.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	246.-
21	**4**	**Caracteristicas**						
21	4.1	Rueda de lentes con valores de corrección dentro del rango de -35D (o menor) a +35D (o mayor).-	SI.-	Rueda de lentes con valores de corrección dentro del rango de -35D a +20D (***no cumple con límite superior***). ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones . Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	080.-	SI.-	Rueda de lentes con valores de corrección dentro del rango de -36D a +38D. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Optica esferica superior con iluminación LEDHQ.-***	247.-
21	4.2	Indicador de valores de corrección.-	SI.-	Indicador de valores de corrección. ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones . Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	080.-	SI.-	Indicador de valores de corrección. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Optica esferica superior con iluminación LEDHQ. (Imagen).-***	247.-
21	4.3	Sin reflejos de luz.-	SI.-	Trayectoria de luz mejorada y un excelente rendimiento óptico. ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones . Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	080.-	SI.-	Sistema A.O.S. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Optica esferica superior con iluminación LEDHQ.-***	247.-
21	4.4	Con al menos 7 diafragmas: Filtro azul, estrella de fijacion con coordenadas polares, circulo grande, circulo pequeño, hendidura, diafragma de punto, sermicirculo.-	NO.-	5 diafragmas: circulo grande, circulo pequeño, hendidura (rendija),neta y rojo libre. ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones . Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	080.-	SI.-	7 diafragmas. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Optica esferica superior con iluminación LEDHQ- (imagen).-***	247.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

21	4.5	Con haz de luz que llegue hasta la camara anterior.-	NO.-	No puede ser visualizado tal requerimiento en la información tecnica proveida (modelo YZ11D) en nota 108/2019. Oferente no presenta información técnica en nota 698/2019 pese a consultas realizadas.-	080.-	SI.-	Sistema A.O.S. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Optica esferica superior con iluminación LEDHQ.-***	247.-
21	4.6	Con iluminación LED.-	NO.-	Con iluminación Halógena. ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	080.-	SI.-	Sistema LED HQ. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Optica esferica superior con iluminación LEDHQ.-***	247.-
21	4.7	Mango metálico antideslizante. Con bateria recargable de NiMH o superior. Con mecanismo de encendido y apagado. Con entrada para cable USB.-	NO.-	Mango metálico antideslizante. Con bateria recargable de ion litio. Con mecanismo de encendido y apagado. No se observa ni especifica entrada para cable USB. ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-***	080.-	SI.-	BETA 4 USB, Li-ion. ***Catálogo mango recargable BETA 4.-***	248.-
21	4.8	Estuche original del fabricante para transporte del equipo.-	SI.-	Estuche original del fabricante para transporte del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	120.-	SI.-	Oferente proveerá estuche original del fabricante para transporte del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	244.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

21	4.9	Alimentado por batería recargable de NiMH o superior, incluir cargador original para 220V CA ±10% / 50 Hz. Ademas incluir adaptador para pilas comunes.-	SI.-	Alimentado por batería recargable de ion litio, oferente proveerá cargador original para 220V CA ±10% / 50 Hz. Ademas de incluir adaptador para pilas comunes. ***Hoja de datos técnicos Oftalmoscopio directo YZ11D- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.- Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	080, 120.-	SI.-	Alimentado por batería recargable de ion litio, oferente proveerá cargador original para 220V CA ±10% / 50 Hz .y adaptador para pilas comunes. ***Catálogo mango recargable BETA 4.-***	248.-

Item 22: Oftalmoscopio indirecto

		Especificaciones Técnicas							
		Oferentes	**V & V S.A.-**				**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**238.000.000**				**238.900.000**		
		Monto total Referencial	**199.306.664**				**199.306.664**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,41**				**19,87**		
22	1	**Datos Generales**							
22	1.1	Descripción general: Dispositivo de diagnóstico de oftalmología para examinación del fondo de ojo con dilatación de pupila, que incluye un examen minucioso de la retina, el disco óptico, la coroides y los vasos sanguíneos.-	Descripción general: Dispositivo de diagnóstico de oftalmología para examinación del fondo de ojo con dilatación de pupila, que incluye un examen minucioso de la retina, el disco óptico, la coroides y los vasos sanguíneos.-				Descripción general: Dispositivo de diagnóstico de oftalmología para examinación del fondo de ojo con dilatación de pupila, que incluye un examen minucioso de la retina, el disco óptico, la coroides y los vasos sanguíneos.-		
22	2	**Datos proveídos por el oferente**							
22	2.1	Marca:	BOLAN. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				HEINE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
22	2.2	Modelo:	YZ25B. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				OMEGA500. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
22	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
22	2.4	Dirección Web del fabricante:	N/A				www.heine.com.-		
		Criterios de evaluación							
22	3	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**		**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

22	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos dos de ellas.-	SI.-	Certificado CE. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	077.-	SI.-	Certificado CE.-	250.-
22	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	079.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	251.-
22	**4**	**Características**						
22	4.1	Ajuste del haz de iluminación de ± 4° o mayor.-	SI.-	Ajuste del haz de iluminación de ± 5°. ***Hoja de datos técnicos YZ25 B Oftalmoscopio Binocuar Indirecto- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	081.-	.SI.-	Ajuste del haz de iluminación de ± 4°. ***Catálogo Oftalmoscopio indirecto con cinta craneal Heine OMEGA 500-Datos técnicos.-***	252.-
22	4.2	Ajuste asimétrico interpupilar entre 48mm (o menor) y 70mm (o mayor).-	NO.-	Ajuste asimétrico interpupilar entre 52mm-74mm. ***Hoja de datos técnicos YZ25 B Oftalmoscopio Binocuar Indirecto- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	081.-	.SI.-	Ajuste asimétrico interpupilar: 46mm-74mm. ***Catálogo Oftalmoscopio indirecto con cinta craneal Heine OMEGA 500-Datos técnicos.-***	252.-
22	4.3	Espejo para co-observador.-	NO.-	Oferente no provee información solicitada pese a consultas realizadas. ***(nota 698/2019).-***	002, 003.-	.SI.-	Oferente proveerá espejo para co-observador. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	249.-
22	4.4	Óptica inclinable en al menos 4 posiciones: 0°, 12,5°, 47,5 y 60°.-	NO.-	Oferente no provee información solicitada pese a consultas realizadas. ***(nota 698/2019).-***	002, 003.-	.SI.-	Óptica inclinable en al menos 4 posiciones: 0°, 12,5°, 47,5° y 60°. ***Hoja de datos técnicos HEINE Omega 500-Cinta craneal-Datos técnicos. Respuestas a consultas realizadas.-***	75.-
22	4.5	Dos mandos deslizantes para ajuste óptico para cada pupila.-	NO.-	Oferente no provee información solicitada pese a consultas realizadas. ***(nota 698/2019).-***	002, 003.-	.SI.-	Sistema de ajustes por cada pupila. ***Catálogo Oftalmoscopio indirecto con cinta craneal Heine OMEGA 500-Luz de calidad con LEDHQ o XHL.-***	252.-
22	4.6	Filtros azul, amarillo y verde.-	NO.-	Oferente no provee información solicitada pese a consultas realizadas. ***(nota 698/2019).-***	002, 003.-	.SI.-	3 filtros integrados. ***Catálogo Oftalmoscopio indirecto con cinta craneal Heine OMEGA 500-Datos técnicos.-***	252.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

22	4.7	Cinta craneal, acolchada, con ajuste de ancho y altura. Con reostato para ajuste de intensidad de iluminación.-	SI.-	Marco de la cabeza ajustable. ***Hoja de datos técnicos YZ25 B Oftalmoscopio Binocuar Indirecto- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	081.-	.SI.-	Soporte ajustable en altura y ancho para la cabeza. ***Catálogo Oftalmoscopio indirecto con cinta craneal Heine OMEGA 500- (imagen).-***	252.-
22	4.9	Iluminación LED o halógena. En caso de ser halógena incluir 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto por equipo.-	SI.-	Lámpara Hálogena de 6v. Oferente proveerá tres lámparas adicionales de repuesto por equipo. ***Hoja de datos técnicos YZ25 B Oftalmoscopio Binocuar Indirecto- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	081, 121.-	.SI.-	Lampara LED. ***Catálogo Oftalmoscopio indirecto con cinta craneal Heine OMEGA 500-Tecnología LEDHQ.-***	252.-
22	4.10	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica:220V±22v/50Hz.. ***Hoja de datos técnicos YZ25 B Oftalmoscopio Binocuar Indirecto- Especificaciones. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	081.-	.SI.-	Oferente proveera fuente de alimentación con Alimentación eléctrica: 220V-50Hz. ***Planilla de especificaciones técnicas.***	249.-
22	4.11	1 - (una) Lupa de 20 D.-	NO.-	Oferente no provee información solicitada pese a consultas realizadas. ***(nota 698/2019).-***	002, 003.-	.SI.-	Oferente proveerá 1 - (una) Lupa de 20 D. ***Catálogo Classic indirect Bio Lenses.-***	253.-
22	4.12	1 - (una) Lupa de 78 D.-	NO.-	Oferente no provee información solicitada pese a consultas realizadas. ***(nota 698/2019).-***	002, 003.-	.SI.-	Oferente proveerá 1 - (una) Lupa de 78 D.-***Catálogo Classic indirect Bio Lenses.-***	254.-
22	4.13	Maletin original para transporte del equipo.-	SI.-	Maletin original para transporte del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	121.-	.SI.-	Oferente proveerá Maletín original para transporte del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	249.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Olivares Palacios
Dirección Jurídica
Abogado Mat. C.S.J. N° 25.175

Item 23: Oximetro de pulso

		Especificaciones Técnicas										
		Oferentes	**V & V S.A.-**			**ARGON S.R.L.-**				**ALBATROS S.A.C.I.-**		
		Monto Total Oferta	**42.200.000**			**42.400.000**				**56.000.000**		
		Monto total Referencial	**35.430.000**			**35.430.000**				**35.430.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,11**			**19,67**				**58,06**		
23	**1**	**Datos Generales**										
23	1.1	Descripción general: aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente	Descripción general: aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente.-			Descripción general: aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente.-				Descripción general: aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente.-		
23	**2**	**Datos proveídos por el oferente**										
23	2.1	Marca:	ACCURATE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			EDAN. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				ADVANCED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
23	2.2	Modelo:	HS20A. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			H100B. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				PO-100B. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
23	2.3	Origen:	CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***			CHINA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***				U.S.A. Planilla de especificaciones técnicas.-		
23	2.4	Dirección Web del fabricante:	N/A			www.edan.cn.-				www.advanced-inst.com.-		
		Criterios de evaluación										
23	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**		**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
23	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE. ***Carta de aclaración del fabricante Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd. Respuestas a consultas realizadas según nota 698/2019.-***	017.-	SI.-	Certificado CE.-	256.-		SI.-	Norma FDA.-	74, 75.-
23	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	098.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	257.-		SI.-	Norma ISO 13485.-	76.-
23	**4**	**Características**										
23	**4.1**	**Parámetros mostrados:**										

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

23	4.2	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).-	SI.-	Medición fotométrica. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional). ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Especificación del parámetro medido.-***	258.-	SI.-	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional). ***Manual de usuario oximetro de pulso PO-100B-2.2.1 Simbolos en pantalla.-***	78.-
23	4.3	Frecuencia cardiaca, valor de SPO2 y curva.-	SI.-	Valores digitales con curva pletismográfica. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Frecuencia cardiaca, valor de SPO2 y curva. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oxímetro de pulso.-***	258.-	SI.-	Frecuencia cardiaca, valor de SPO2 y curva. ***Manual de usuario oximetro de pulso PO-100B-2.2.1 Simbolos en pantalla.-***	78.-
23	4.4	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas.-	SI.-	LCD display. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oxímetro de pulso.-***	258.-	SI.-	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas. ***Manual de usuario oximetro de pulso PO-100B-2.2.1 Simbolos en pantalla.-***	78.-
23	4.5	Bateria interna recargable.-	SI.-	bateria recargable. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Bateria interna recargable (Ni-MH). **Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oxímetro de pulso.-**	258.-	SI.-	Bateria interna recargable (Ni-MH). ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso P0-100B-Bateria.-***	77.-
23	4.6	Tendencias hasta 24 horas o más.-	SI.-	48Hs. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	300 horas de información SpO2 con posibilidad de transferencia a PC por Patient Care Viewer,ultimos 10 minutos de gráfico de tendencia. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oxímetro de pulso.-***	258.-	NO.-	No especificado por el oferente pese a consultas realizadas.-	.....
23	4.7	Método de medición: Absorción-espectrofotometría.-	SI.-	Absorción-espectrofotometría. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Método de medición: Absorción-espectrofotometría. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Especificación del parámetro medido.-***	258.-	SI.-	Método de medición: Absorción-espectrofotometría. a hemoglobina funcional). ***Manual de usuario oximetro de pulso PO-100B-2.2.1 (pág.42).-***	79.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

23	4.8	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%.-	SI.-	0-100%. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Especificación del parámetro medido.-***	258.-	SI.-	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso P0-100B- Especificaciones parámetros de medidas.-***	77.-
23	4.9	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2%.-	SI.-	70 al 100%: ± 2%. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	NO.-	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% (adulto y niños).SpO2: 70 al 100%: ± 3%(no cumple precisión) (neonatos). ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Especificación del parámetro medido.-***	258.-	NO.-	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% (adulto y niños). SpO2: 70 al 100%: **± 3%(no cumple precisión)** (neonatos). ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso P0-100B- Especificaciones parámetros de medidas.-***	77.-
23	4.10	SpO2: 35 al 69% ±3%.-	SI.-	.-0 al 69:±3%. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	NO.-	SpO2: 0 al 69%, ***Indefinido***. Manual del usuario del oximetro de pulso H100B- A1.3 Parámetros--Presición de SpO2. ***Respuestas a consultas realizadas.*** En base a la respuesta no puede se cuantificada la presición solicitada.-	77.-	NO.-	No especificado por el oferente pese a consultas realizadas.-	.....
23	4.11	Pulso: 25 a 250 BPM o mejor, ±1 BPM.-	SI.-	25-250bpm. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	NO.-	Pulso: 25 a 300 BPM , ±3 BPM (no cumple precisión). ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Especificación del parámetro medido.-***	258.-	NO.-	Pulso: 25 a 300 BPM , ***±3 BPM (no cumple precisión).Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso P0-100B- Especificaciones parámetros de medidas.-***	77.-
23	4.12	Resolución 1BPM.-	SI.-	1bpm. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Resolución 1BPM. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Especificación del parámetro medido.-***	258.-	SI.-	Resolución 1BPM. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso P0-100B- Especificaciones parámetros de medidas.-***	77.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

23	4.13	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.-	SI.-	Alarmas audibles y visuales. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oximetro de pulso.-***	258.-	SI.-	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.***Manual de usuario del oximetro de pulso P0-100B-4 Alarma.-***	80, 81.-
23	4.14	Alarmas con avisos audibles y visuales.-	SI.-	Alarmas audibles y visuales. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Alarmas con avisos audibles y visuales. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oximetro de pulso.-***	258.-	SI.-	Alarmas con avisos audibles y visuales. ***Manual de usuario del oximetro de pulso P0-100B-4 Alarma.-***	80, 81.-
23	**5**	**Accesorios:**									
23	5.1	Cable de alimentación de al menos 1,5 m de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Cargador con el cable tipo chuko. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Oferente proveera cargador de pared para carga de baterias AA. No aplica cable de alimentación. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	255.-	SI.-	Oferente proveerá cable de alimentación de 1,5 m de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	73.-
23	5.2	Cable Interfase para SpO2.-	SI.-	Cable interfase. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Cable incluido con el sensor. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- H100B Oximetro de pulso.-***	258.-	SI.-	Cable incluido con el sensor. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	73.-
23	5.3	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable para adulto.-	SI.-	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable para adulto. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Oferente proveerá 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable para adulto. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones.-***	255, 258.-	SI.-	Oferente proveerá 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable para adulto. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	73.-
23	5.3	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable para pacientes pediatricos.-	SI.-	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable para pacientes pediatricos. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Oferente proveerá 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para pacientes pediatricos. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones.-***	255, 258.-	SI.-	Oferente proveerá 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para pacientes pediatricos. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	73.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

23	5.4	2 (dos) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para neonatos.-	SI.-	2 (dos) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para neonatos. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	2 (dos) Sensores de dedo tipo clip-multisitio-para oximetría, reutilizable para neonatos.***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos EDAN H100B-Especificaciones.-***	255, 258.-	SI.-	Oferente proveerá 2 (dos) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para neonatos. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	73.-
23	**6**	**Otros Requerimientos.**									
23	6.1	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo.-	SI.-	Bateria recargable. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Alimentación a batería recargables (AA). Ni-MH. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones- Batería.-***	258.-	SI.-	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo (Ni-MH). ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso P0-100B-Batería.-***	77.-
23	6.2	Cargador de baterías y 1 juego de baterías de repuesto.-	SI.-	Cargador de baterías y 1 juego de baterías de repuesto. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Oferente proveerá cargador de baterías y 1 juego de baterías de repuesto. ***Planilla de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos EDAN H100B- Especificaciones-Cargador/Batería.-***	255, 258.-	SI.-	Oferente proveerá cargador de baterías y 1 juego de baterías de repuesto. ***Manual de usuario oximetro de pulso PO-100B-2.5 Lista de accesorios.-***	81.-
23	6.3	Indicadores luminosos de funciones.-	SI.-	Iconos retroiluminados. ***Hoja de datos técnicos Oximetro de pulso Accurate HS20A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	099.-	SI.-	Indicadores luminosos de funciones en pantalla LCD. ***Hoja de datos técnicos EDAN H100B-H100B Oximetro de pulso./Especificaciones-Pantalla.-***	258.-	SI.-	Indicadores luminosos de funciones. ***Manual de usuario oximetro de pulso PO-100B-Figura 2-4 Botones del panel frontal.-***	82.-

Item 24: Proyector oftalmológico

		Especificaciones Técnicas	
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**106.700.000**
		Monto total Referencial	**88.986.664**
		Diferencia porcentual (%)	**19,91**
24.	**I**	**Datos Generales**	
24	I.1	Descripción: Elemento utilizado para evaluar subjetivamente la refracción de un ojo.-	Descripción: Elemento utilizado para evaluar subjetivamente la refracción de un ojo.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

24	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
24	2.1	Marca:	APRAMED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
24	2.2	Modelo:	CB300 B. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
24	2.3	Origen:	BRASIL. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
24	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.apramed.com.br		
		Criterios de evaluación			
24	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
24	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	260.-
24	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	261.-
24	**4**	**Características**			
24	4.1	Rapidez de selección: 0,3 s o menor.-	SI.-	Rapidez de selección: :0,03s por cuadro. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	261.-
24	4.2	Filtros: rojo / verde.-	SI.-	filtros simples. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	261.-
24	4.3	Distancia de proyección: de 2m (o menor) a 6m (o mayor).-	SI.-	1.5m - 6.1m. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	263.-
24	4.4	Magnificación: 25X o mayor.-	SI.-	30X. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	263.-
24	4.5	Funcionamiento con lámpara halógena o LED. En caso de ser halógena proveer de 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto.-	SI.-	LED. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	263.-
24	4.6	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	220V-50Hz.. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	263.-
24	4.7	Pantalla de 400mm x 350mm o mayor área.-	SI.-	Pantalla de 400mm x 350mm dentro del rango de distancia de proyección. ***Hojas de datos técnicos Apramed modelo CB 300B- Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	84.-
24	4.8	Control remoto.-	SI.-	Control remoto. ***Catálogo Proyector de Optotipos CB 300B.-***	263.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

24	4.9	Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.-	Sl.-	Oferente proveerá cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	259.-

Item 25: Regla de esquiascopia

		Especificaciones Técnicas			
25	**1**	**Datos Generales**			
25	1.1	Descripción: Dispositivo de diagnóstico oftalmológico para la determinación de la refracción total del globo ocular.-	.....		
25	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
25	2.1	Marca:	.....		
25	2.2	Modelo:	.....		
25	2.3	Origen:	.....		
25	2.4	Dirección Web del fabricante:	.....		
		Criterios de evaluación			
25	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
25	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	.....	.....	.....
25	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485 -	.....	.....	.....
25	**4**	**Características generales**			
25	4.1	Lentes orgánicas.-	.....	.....	.....
25	4.2	Con estuche doble flexible.-	.....	.....	.....
25	4.3	Regla de Lentes + (negra): 16 lentes esféricas positivas, de 16mm de diámetro (o mayor).-	.....	.....	.....
25	4.4	Regla de Lentes - (roja): 16 lentes esféricas negativas, de 16 mm de diámetro.(o mayor).-	.....	.....	.....
25	4.5	Pot. Esféricas +/- (dp): 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15.-	.....	.....	.....
25	4.6	Dimensiones regla: de 26 a 28 cm largo x 4,5 a 5,6 cm ancho.-	.....	.....	.....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Item 26:Retinoscopio

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**55.000.000**		
		Monto total Referencial	**46.010.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,54**		
26	**1**	**Datos Generales**			
26	1.1	Descripción: Dispositivo oftalmologico de optometría que se utlliza para la determinación objetiva de la refracción de un ojo.-	Descripción: Dispositivo oftalmologico de optometría que se utlliza para la determinación objetiva de la refracción de un ojo.-		
26	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
26	2.1	Marca:	HEINE. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
26	2.2	Modelo:	BETA 200 LED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
26	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
26	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.heine.com.-		
		Criterios de evaluación			
26	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
26	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	266.-
26	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	265.-
26	**4**	**Características**			
26	4.1	Retinoscopio de franja con apoyo frontal desmontable.-	SI.-	Haz de luz en forma de franja. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-Franja de luz muy luminosa y precisa.-***	267.-
26	4.2	Rotación de franja de 360°.-	SI.-	Rotación de franja de 360°. ***Catálogo Heine BETA 200 LED (ilustración con descripción de partes y funciones). Respuestas a consultas realizadas.-***	86.-
26	4.3	Filtro integrado que elimine la luz dispersa.-	SI.-	Sistema ParaStop. ***Catálogo Heine BETA 200 LED-ParaStop.-***	267.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Valdez
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

26	4.4	Con iluminación LED, vida útil de al menos 50.000 horas. Con regulación continua.-	SI.-	Con iluminación LED, vida útil de al menos 50.000 horas. Con regulación continua. ***Catálogo Heine BETA 200 LED (ilustración con descripción de partes y funciones)/Regulación continua patentada/sistema LEDHQ. Respuestas a consultas realizadas.-***	86, 87.-
26	4.5	Mango metálico antideslizante. Con bateria recargable de NiMH o superior. Con mecanismo de encendido y apagado. Con entrada para cable USB. -	SI.-	Mango metálico, Li-ion - USB.***Catálogo Mango recargable HEINE BETA 4-Mango recargable Li-ion BETA 4 USB.-***	268.-
26	4.6	Estuche original del fabricante para transporte del equipo.-	SI.-	Estuche original del fabricante para transporte del equipo. Catálogo Heine BETA 200 LED	264-268.-
26	4.7	Alimentado por batería recargable de NiMH o superior, incluir cargador original para 220V CA ±10% / 50 Hz. Ademas incluir adaptador para pilas comunes.-	SI.-	Bateria recargable de Li-ion-fuente de alimentación externa.	268.-

Item 27: Sillón de inspección de otorrinolaringología

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**274.000.000**		
		Monto total Referencial	**230.000.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,13**		
27	**1**	**Datos Generales**			
27	1.1	Descripción general: Sillón para procedimientos de otorrinolaringologia.-	Descripción general: Sillón para procedimientos de otorrinolaringologia.-		
27	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
27	2.1	Marca:	OTROPRONT. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
27	2.2	Modelo:	SIT 4 PLUS E + BELMONT. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
27	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
27	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.otropront.de -		
		Criterios de evaluación			
27	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

27	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	270.-
27	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	ISO 13485.-	271.-
27	4	**Características**			
27	4.1	Sillón para procedimientos de otorrinolaringología.-	SI.-	Sillón para procedimientos de otorrinolaringología. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E.-***	272.-
27	4.2	Movimiento mediante motor eléctrico de elevación y descenso.-	SI.-	Movimiento mediante motor eléctrico de elevación y descenso. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E.-ENT Examination and Treatment Chairs-Examination Chair SIT 4 Plus E.-***	279.-
27	4.3	Revatimiento de espaldar mediante motor eléctrico de espaldar de 180° totalmente horizontal.-	SI.-	Revatimiento de espaldar mediante motor eléctrico de espaldar de 180° totalmente horizontal. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E.-ENT Examination and Treatment Chairs-Examination Chair SIT 4 Plus E.-***	279.-
27	4.4	Movimiento mediante motor eléctrico de giro del sillón.-	SI.-	Movimiento mediante motor eléctrico de giro del sillón.***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Technical data-Swivel funtion.-***	279.-
27	4.5	Capacidad de carga para pacientes de 180° o más.-	SI.-	Capacidad de carga para pacientes de 180°. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Comfortable sitting and reclining position.-***	274.-
27	4.6	Control de movimientos eléctricos mediante pedal.-	SI.-	Control de movimientos eléctricos mediante pedal. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Technical data-***	279.-
27	4.7	Altura ajustable de soporte de cabeza.-	SI.-	Altura ajustable de soporte de cabeza. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Technical data-Basic headrest.-***	279.-
27	4.8	Dos posa brazos.-	SI.-	Dos posa brazos. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Patient Friendly.-***	279.-
27	4.9	Lecho de espaldar, soporte de cabeza, pelvis, piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes.-	SI.-	Lecho de espaldar, soporte de cabeza, pelvis, piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes.***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Technical data-Upholstery.-***	279.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

27	4.10	Taburete auxiliar de uso médico con lecho de espaldar y de pelvis y piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes. Base con 5 ruedas como mínimo.-	SI.-	Taburete auxiliar de uso médico con lecho de espaldar y de pelvis y piernas con espuma de alta resistencia y recubrimiento de material impermeable resistente al lavado con líquidos desinfectantes. Base con 5 ruedas. ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus EThe perfect complement the BELMONT medical chair.-***	278.-
27	4.11	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220-240V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos Otopront SIT 4 Plus E-Technical data-Voltage supply.-***	279.-

Item 28: Sinoptoforo

		Especificaciones Técnicas			
28	**1**	**Datos Generales**			
28	1.1	Descripción general: Equipo de Rx para uso en odontologia -	.....		
28	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
28	2.1	Marca:	.....		
28	2.2	Modelo:	.....		
28	2.3	Origen:	.....		
28	2.4	Dirección Web del fabricante:	.....		
		Criterios de evaluación			
28	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
28	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	.....	.....	.....
28	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	.....	.....	.....
28	**4**	**Características**			
28	4.1	Sinoptoforo para ejercicios ortopticos.-	.....	.....	.....
28	4.2	Destellos automáticos para cada ojo para estimulación alternada.-	.....	.....	.....

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Lic. C.S.J. N° 25.175

28	4.3	Destellos manuales con llaves independientes o reostatos.-	.....	.....	.....
28	4.4	Juego de slides (al menos 12 pares).-	.....	.....	.....
28	4.5	Mesa de elevación y descenso electrico.-	.....	.....	.....
28	4.6	2 (dos) taburetes de altura regulable.-	.....	.....	.....
28	4.8	Alimentado por bateria recargable de NiMH o superior, incluir cargador original para 220V CA ±10% / 50 Hz..-	.....	.....	.....

Item 29: Tonómetro de aplanación

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**144.000.000**		
		Monto total Referencial	**120.400.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,60**		
29	**1**	**Datos Generales**			
29	1.1	Descripción general: Dispositivo oftalmológico encargado de medir la presión intraocular en diagnóstico.-	Descripción general: Dispositivo oftalmológico encargado de medir la presión intraocular en diagnóstico.-		
29	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
29	2.1	Marca:	HAAG STREIT. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
29	2.2	Modelo:	R900. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
29	2.3	Origen:	ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
29	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.haag-streit.com		
		Criterios de evaluación			
29	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
29	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	281.-
29	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	282.-
29	**4**	**Características**			
29	4.1	Para tonometría de contacto.-	SI.-	Aplanación. ***Hoja de datos técnicos tonómetro de aplanación HAAG STREIT AT870/AT900R.-***	283.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

29	4.2	Adaptable a lámpara de hendidura.-	SI.-	Adaptable. ***Hoja de datos técnicos tonómetro de aplanación HAAG STREIT AT870/AT900R.-***	283.-
29	4.3	Prisma doble intercambiable.-	SI.-	Prisma doble intercambiable. ***Hoja de datos técnicos HAAG STREIT R900. Respuestas a consultas realizadas.-***	90.-
29	4.4	Rango de medición: 0 - 80mmHg (o más). Incrementos de 5 mmHg.-	SI.-	0-80mmHg. ***Hoja de datos técnicos tonómetro de aplanación HAAG STREIT AT870/AT900R.-***	283.-
29	4.5	Precisión igual o mejor a ±1mmHg.-	SI.-	Precisión de ±1mmHg. ***Hoja de datos técnicos HAAG STREIT R900. Respuestas a consultas realizadas.-***	89.-

Item 30: Torre de endoscopio nasal

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente		**ALBATROS S.A.C.I.-**	
		Monto Total Oferta		**302.000.000**	
		Monto total Referencial		**302.386.400**	
		Diferencia porcentual (%)		**-0,13**	
30	**1**	**Datos Generales**			
30	1.1	Descripción: Conjunto de dispositivo utilizados por procedimientos via endoscópica por el tracto de la nariz y laringe.-		Descripción: Conjunto de dispositivo utilizados por procedimientos via endoscópica por el tracto de la nariz y laringe.-	
30	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
30	2.1	Marca:		KARL STORZ. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	
30	2.2	Modelo:		IMAGE 1 S. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	
30	2.3	Origen:		ALEMANIA. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	
30	2.4	Dirección Web del fabricante:		www.karlstorz.de.-	
		Criterios de evaluación			
30	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
30	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	87.-
30	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	88 a 91.-
30	**4**	**Características**			

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

30	2.1	Procesador de imágenes para endoscopia con memoria de 32 GB como mínimo, teclado con protección de grado médico y pad de contacto. Resolución de 1920 x 1080 como mínimo. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz.-	SI.-	Procesador de imágenes para endoscopia con memoria de 32 GB como mínimo, teclado con protección de grado médico y pad de contacto. Resolución de 1920 x 1080 como mínimo. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz. ***Hoja de datos técnicos Highlights TELEPRESENCE\1-2017-Image 1S- Tan individual como exigencias-TC 200ES- IMAGE1 S CONNECT/Catálogo Storz Instrumentos para otorinolaringología-20040282 USB Flash Drive, 32 GB.-***	54, 86.-
30	2.2	Interfaz de enlace de videoendoscopio flexibles y cabezales de camara con capacidad de visualización con calidad FULL HD). El mismo deberá ser compatible con el Procesador de imágenes. Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz.-	SI.-	Interfaz de enlace de videoendoscopio flexibles y cabezales de camara con capacidad de visualización con calidad FULL HD) (TC 301 IMAGE1 X-LINK), compatible con el Procesador de imágenes (IMAGE1 S CONNECT). Alimentación eléctrica de 220 V - 50 Hz. ***Hoja de datos técnicos Highlights TELEPRESENCE\1-2017-Image 1S- Tan individual como exigencias-TC 301- IMAGE1 S X-LINK.-***	86.-
30	2.3	Cabezal de camara FULL HD de 50 Hz, con foco, escaner progresivo, sumergible y esterilizable con gas y plasma. Distancia focal de 16 mm +- 1mm, con 2 botones de cabezal de cámara programables. Cabezal Compatible con la interfaz de enlace.-	SI.-	Cabezal de camara FULL HD de 50 Hz, con foco, escaner progresivo, sumergible y esterilizable con gas y plasma. Distancia focal de 16 mm, con 2 botones de cabezal de cámara programables (TH 110). Cabezal Compatible con la interfaz de enlace. ***Hoja de datos técnicos Highlights TELEPRESENCE\1-2017-Image 1S- Tan individual como exigencias-TH 110 Cabezal de cámara monochip FULL HD IMAGE1 S HX.-***	86.-
30	2.4	Monitor de 27" FULL HD, Resolución de 1920 x 1080 como mínimo. Con entradas de video DVI, VGA, S-Video y señal compuesta y salidas de video: DVI, S-Video, Señal Compuesta. El mismo deberá incluir fuente de alimentación los cables necesarios para la conexión con el sistema completo para su funcionamiento correcto.-	SI.-	Monitor de 27" FULL HD, Resolución de 1920 x 1080 . Con entradas de video HDMI, convertidor DP/HDMI-DVI, VGA. Con fuente de alimentación 110-240V AC, 12 volts .. ***Hoja de datos técnicos Highlights TELEPRESENCE\1-2017-Image 1S- Tan individual como exigencias-TM 220-27" FULL HD Monitor.-***	85.-
30	3	Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta termorresistente, transmistón de luz, con cierre de seguridad, diametro de 4,8 mm +-0,5 mm y longitud de 250 cm +-10cm.-	SI.-	Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta termorresistente, transmisión de luz, con cierre de seguridad, diametro de 4,8 mm y longitud de 250 cm . ***Catálogo Storz- Cables de luz de fibra óptica-495 NCS.-***	86.-
30	3.1	Estante con 4 ruedas y freno en 2 de ellas como mínimo. El mismo deberá tener las capacidad de almacenaje de todo el sistem de la torre. Con puertas y llave para su resguardo.-	SI.-	Oferente proveerá estante con 4 ruedas y freno en 2 de ellas como mínimo. El mismo dtendrár la capacidad de almacenaje de todo el sistema de la torre. Con puertas y llave para su resguardo. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	84.-
30	3.2	Sistema de UPS para conexión de todos los componentes de la torre y cables de longitud de 5 m para conexión en la toma eléctrica desde la UPS.-	SI.-	Oferente proveerá sistema de UPS para conexión de todos los componentes de la torre y cables de longitud de 5 m para conexión en la toma eléctrica desde la UPS. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***	84.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Item 31:Unidad de refracción

		Especificaciones Técnicas			
		Oferente	**ARGON S.R.L.-**		
		Monto Total Oferta	**590.000.000**		
		Monto total Referencial	**492.200.000**		
		Diferencia porcentual (%)	**19,87**		
31	**1**	**Datos Generales**			
31	1.1	Descripción: Para termoterapia y micro masaje celular.-	Descripción: Para termoterapia y micro masaje celular.-		
31	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
31	2.1	Marca:	APRAMED. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
31	2.2	Modelo:	EVIDENCE PLUS EX 3. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
31	2.3	Origen:	BRASIL. ***Planilla de especificaciones técnicas.-***		
31	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.apramed.com.br.-		
		Criterios de evaluación			
31	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
31	3.1	Normas de calidad: JIS, FDA, CE. Al menos una de ellas.-	SI.-	Certificado CE.-	286.-
31	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485.-	287.-
31	**4**	**Características**			
31	4.1	Sillón con elevación y respaldo reclinable, con movimientos electromecánicos .-	SI.-	Sillón con elevación y respaldo reclinable, con movimientos electromecánicos.***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.-Cadeira.-***	289.-
31	4.2	Regulación de altura de 550mm (o menor) a 700mm (o mayor).-	SI.-	Regulación de altura de 540mm a 730mm. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-Especificaciones técnicas.-***	289.-
31	4.3	Respaldo reclinable con angulación de al menos 120°.-	SI.-	Respaldo reclinable con angulación de 180°. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	92.-
31	4.4	Apoya pies y cabecera.-	SI.-	Apoya pies y cabecera. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.-***	289.-
31	4.5	Apoya brazos fijo.-	SI.-	Apoya brazos fijo. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.-Cadeira.-***	289.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

31	4.6	Acolchado con espuma inyectada.-	SI.-	Acolchado con espuma inyectada. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.-***	289.-
31	4.7	Carga máxima: al menos 180kg.-	SI.-	Carga máxima: 180kg. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.Especificaciones técnicas.-***	289.-
31	**4.8**	**Columna:**			
31	4.8.1	Altura: 2 m o mayor.-	SI.-	Altura: 2 m. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-Especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	92.-
31	4.8.2	Brazo pantográfico balanceado para foróptero.-	SI.-	Brazo pantográfico balanceado para foróptero. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.-***	289.-
31	4.8.3	Bandeja desplazable para 2 aparatos.-	SI.-	Bandeja desplazable para 2 aparatos. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-***	289.-
31	4.8.4	Dos bandejas auxiliares.-	SI.-	Dos bandejas auxiliares. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-***	289.-
31	4.8.5	Lámpara de inspección integrada. Incluir 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo.-	SI.-	Lámpara de inspección integrada. Oferente Incluira 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-***	289.-
31	4.8.6	Panel de mando con al menos las siguientes funciones: Encendido/apagado de la unidad de refracción. Ascenso y descenso del sillón. Control de intensidad de iluminación. Reseteo. Puesta a cero. Control del proyector y del auxiliar. Encendido/apagado de la lámpara de inspección.-	SI.-	Panel de mando con al menos las siguientes funciones: Encendido/apagado de la unidad de refracción. Ascenso y descenso del sillón. Control de intensidad de iluminación. Reseteo. Puesta a cero. Control del proyector y del auxiliar. Encendido/apagado de la lámpara de inspección. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3-Panel de la columna.-***	289.-
31	4.8.7	Cajón para caja de pruebas y fuente de alimentación para mango de Oftalmóscopio y mango de Retinoscopio.-	SI.-	Cajón para caja de pruebas y fuente de alimentación para mango de Oftalmóscopio y mango de Retinoscopio. ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.Especificaciones técnicas.-***	92.-
31	**4.9**	**Otras características**			
31	4.9.1	Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.-	SI.-	Oferente proveerá cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo. ***Planilla de especificaciones técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	91.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

31	4.9.2	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA 50/60Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos Apramed Evidence Plus EX3.Especificaciones técnicas.-***	289.-
31	**4.10**	**Accesorios**			
31	4.10.1	Taburete con respaldero.-	SI.-	Taburete con respaldero. ***Hoja de datos técnicos Apramed modelo APM-(imagen). Respuestas a consultas realizadas.-***	93.-
31	4.10.2	Base asiento: 350mm de diámetro (o mayor).-	SI.-	Base asiento: 370mm de diámetro. ***Hoja de datos técnicos Apramed modelo APM-Mocho APM. Respuestas a consultas realizadas.-***	93.-
31	4.10.3	Altura regulable: 430mm (o menor) a 540mm (o mayor).-	SI.-	Altura regulable: 420mm a 550mm. ***Hoja de datos técnicos Apramed modelo APM- Mocho APM. Respuestas a consultas realizadas.-***	93.-
31	4.10.4	Altura regulable mediante accionamiento neumático o a gas..-	SI.-	Altura regulable mediante accionamiento a gas. ***Hoja de datos técnicos Apramed modelo APM- Mocho APM. Respuestas a consultas realizadas.-***	93.-
31	4.10.5	Con al menos 5 ruedas.-	SI.-	Con 5 ruedas. ***Hoja de datos técnicos Apramed modelo APM (imagen). Respuestas a consultas realizadas.-***	93.-

ITEM 32 VIDEOCOLPOSCOPIO

		Especificaciones Técnicas			
		Oferentes	**V & V S.A.-**	**LA CASA DEL MEDICO S.A.-**	**ARGON S.R.L.-**
		Monto Total Oferta	**139.000.000**	**140.000.000**	**141.000.000**
		Monto total Referencial	**148.185.714**	**148.185.715**	**148.185.716**
		Diferencia porcentual (%)	**-6,20**	**-5,52**	**-4,85**
32	**1**	**Datos Generales**			
32	1.1	Descripción general: Dispositivo médico telescopio binocular de enfoque próximo que permite al médico ver con detalle regiones anormales del cuello uterino a través de la vagina.-	Descripción general: Dispositivo médico telescopio binocular de enfoque próximo que permite al médico ver con detalle regiones anormales del cuello uterino a través de la vagina.-	Descripción general: Dispositivo médico telescopio binocular de enfoque próximo que permite al médico ver con detalle regiones anormales del cuello uterino a través de la vagina.-	Descripción general: Dispositivo médico telescopio binocular de enfoque próximo que permite al médico ver con detalle regiones anormales del cuello uterino a través de la vagina.

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

32	**2**	**Datos proveídos por el oferente**										
32	2.1	Marca:	JUMBO. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			MEDPEJ. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			ECLERIS. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			
32	2.2	Modelo:	LC-9200A. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			PE7000-VRDC-5. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			C-100. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			
32	2.3	Origen:	CHINA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			BRASIL. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			USA. *Planilla de especificaciones técnicas.-*			
32	2.4	Dirección Web del fabricante:	.....			http://medpej.ind.br/			www.ecleris.com.-			
		Criterios de evaluación										
32	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
32	3.1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.-	SI.-	Certificado CE. *Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-*	104, 003.-	SI.-	Certificado CE. *Respuestas a consultas realizadas.-*	114 a 116.-	SI.-	Certificado FDA.-	291.-
32	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.-	SI.-	Norma ISO 13485. *Respuestas a consultas realizadas según notas 108/2019 y 698/2019.-*	105, 003.-	SI.-	Norma ISO 13485. *Respuestas a consultas realizadas.-*	.....	SI.-	Norma ISO 13485.-	292.-
32	**4**	**Características**									
32	4.1	Tubo binocular oblicuo con visión estereoscópica.-	SI.-	Tubo binocular oblicuo con visión estereoscópica. *Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas.-*	106.-	SI.-	Colposcopio binocular con cambio de aumentos. *Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-*	62.-	SI.-	Binocular oblicuo. *Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-*	294,295.-
32	4.2	Con ajuste a distancia interpupilar.-	SI.-	Con ajuste a distancia interpupilar. *Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	106.-	SI.-	Cabeza óptica estereoscópica con ajuste de altura y distancia. *Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-*	62.-	SI.-	Distancia interpupilar ajustable. *Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-*	294-295.-
32	4.3	Lente frontal u objetivo con distancia de trabajo de 300 mm.-	SI.-	Lente frontal u objetivo con distancia de trabajo de 300 mm. *Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	106.-	SI.-	Objetivo de alta resolución con distancia focal de 300 mm o 400 mm. *Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-*	62.-	SI.-	Distancia standard 300mm con o más opciones.*Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-*	295.-
32	4.4	Oculares de 10X o 12.5X con ajuste de dioptrías ±5.-	NO.-	Oculares de 16X (no cumple con aumentos solicitados -10X o 12.5X)) con ajuste de dioptrías ±5 *Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-*	106.-	SI.-	Oculares de 12.5X con ajuste de dioptrias . *Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ - Modelos PE-7000-Características Técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-*	.....	SI.-	10X con ±5.*Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-*	295.-
32	4.5	Cambiador aumentos en cinco pasos o zoom.-	SI.-	Cambiador aumentos en cinco pasos. *Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas.-*	106.-	SI.-	Cambiador aumentos en cinco pasos (6x, 10x, 16x, 25x, 40x). *Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ - Modelos PE-7000-Características Técnicas- Modelos VR y VBR (Con cambios de aumento). Respuestas a consultas realizadas.-*	.....	SI.-	5 niveles.*Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-*	295.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Gómez Fornieles
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

32	4.6	Enfoque fino manual o por zoom.-	SI.-	Enfoque fino manual. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Enfoque fino manual (micro ajuste) con palanca ubicada al lado del cabezal. ***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ - Modelos PE-7000-Características Técnicas. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	SI.-	Manual.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	4.7	Profundidad de campo variable sin pérdida de foco.-	SI.-	Profundidad de campo variable sin pérdida de foco. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Profundidad de alta resolución de campo de 300 mm o 400 mm (distancia focal). ***Manual tecnico medpej colposcopio binocular-Descripcion del producto-PE-7000-V.-***	69.-	SI.-	Variable en 4 niveles. ***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	4.8	Estativo de piso.-	SI.-	Estativo de piso. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas.-***	106.-	SI.-	Estativo de piso . ***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	62.-	SI.-	Estativo de piso. ***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	4.9	Base redonda con 5 ruedas como mínimo y freno en por lo menos dos de ellas.-	SI.-	Base redonda con 5 ruedas y freno en por lo menos dos de ellas. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Base redonda con 5 ruedas freno en dos de ellas.***Manual técnico MEDPEJ PE-7000 series-Accesorios opcionales. Respuestas a consultas realizadas.-***	71.-	SI.-	Base redonda con 5 ruedas y freno en por lo menos dos de ellas. ***Planillas de especificaciones técnicas. Hoja de datos técnicos Colposcope C-100 (imagen).-***	290, 294, 295.-
32	**5**	**Brazo**									
32	5.1	Articulado o pantográfico.-	SI.-	Articulado. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Brazo articulable y pantográfico.***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	62.-	SI.-	Pantográfico. ***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	5.2	Autocompensado o autobalanceado.-	SI.-	Autobalanceado. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Autobalanceado.***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	62.-	SI.-	Autobalanceado.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	5.3	Altura variable.-	SI.-	Altura Variable. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Macro y micro ajuste de altura. ***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.--***	62.-	SI.-	Altura ajustable.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	**6**	**Iluminación**									
32	6.1	Por fuente LED integrado al sistema.-	SI.-	Por fuente LED integrado al sistema. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Lámpara LED. ***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.--***	63.-	SI.-	Lámpara Led Integrada al sistema.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

32	6.2	Dentro del cabezal, estativo o del brazo.-	SI.-	Dentro del brazo. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Brazo, ajustable.***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	63.-	SI.-	Estativo.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	6.3	Por fibra óptica.-	SI.-	Por fibra óptica. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Fibra Óptica.***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	63.-	SI.-	cable de fibra optica de 7mm. ***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	6.4	Lámpara LED.-	SI.-	Lámpara LED. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Lámpara LED.***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	63.-	SI.-	Lámpara led. ***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	6.5	Con filtro verde.-	SI.-	Con filtro verde, azul y amarillo. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Filtro de Luz Verde.***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	63.-	SI.-	filtro verde. ***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	6.6	Control de luminosidad variable.-	SI.-	Control de luminosidad variable. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Ajuste de Intensidad. ***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	63.-	SI.-	Ajuste continuo de la luminosidad.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-
32	**7**	**Cámara fotográfica digital**									
32	7.1	Sistema de Imagen - Adaptador para video cámara. -Notebook de al menos 15 pulgadas. -Software con capacidad de realizar: Utilización amigable software sencillo de instalar y de utilizar. que permita al profesional contar con un amplio banco de imágenes digitales de alta resolución y calidad. videos digitales, que pueden ser archivados digitalmente en su ordenador ocomputador/Con posibilidad de archivar imágenes sin limitación del número de ellas en bancos personalizados por cada paciente. Y que estas imagenes puedan luego ser procesadas, archivadas. enviadas digitalmente o impresas en claros y elegantes informes/Que permita el archivo de videos digitales sin limitaciones en el número de ellos por paciente, los cuales pueden luego ser editados. Impresora láser color.-	SI.-	Oferente proveerá: Video camara digital con calidad HD de 16 Megapixeles, con adaptador para colposcopio, impresora laser a color, una notebook de 15" con software (con licencia) para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Oferente proveerá: Video camara digital con calidad HD, con adaptador para colposcopio, impresora laser a color (HP Laser jet Pro M180 multifunction color), una notebook de 15" marca ACER A515-51-765D. con software (con licencia) para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 725/2019.-***	.....	SI.-	Oferente proveerá: Video camara digital con calidad HD, con adaptador para colposcopio, impresora laser a color, una notebook de 15" con software (con licencia) para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes. ***Respuestas a consultas realizadas.-***	94.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

32	7.2	Adaptable al colposcopio.	SI.-	Adaptable al colposcopio. ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Adaptable al colposcopio. ***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	62.-	SI.-	Adaptable.***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	294-295.-
32	**8**	**Accesorios**									
32	8.1	Impresora de video color.-	NO.-	Oferente no provee información técnica solicitada sobre Video Impresora color. (indica provisión de impresora láser en planilla de especificaciones técnicas. El dispositivo ofertado no corresponde con lo solicitado. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	123.-	SI.-	Impresora de video color marca sony modelo UP-D25MD. ***Hoja de datos técnicos sony UP-D25MD. Respuestas a consultas realizadas.-***	.....	NO.-	Oferente no provee información técnica solicitada sobre Video Impresora color. (indica provisión de impresora láser (HP LaserJet Pro MFP M278-M281) . El dispositivo ofertado no corresponde con lo solicitado. ***Respuestas a consultas realizadas según nota 756/2019.-***	.....
32	8.2	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). ***Hoja de datos técnicos colposcopio LC-9200A. Respuestas a consultas realizadas según nota 108/2019.-***	106.-	SI.-	Alimentación eléctrica seleccionable en 110 o 220 V. 50/60 Hz..***Hoja de datos técnicos Colposcopio MEDPEJ PE-7000.-***	62.-	SI.-	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).***Hoja de datos técnicos Colposcope C-100.-***	295.-

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Salacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

9. Análisis de Composición de Precios

En el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 19/19"**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOMÉDICOS PARA POLICLÍNICA DEL IPS**" y ante la situación suscitada en referencia a las ofertas presentadas por los oferentes se informa que:

ALBATROS SACI	11	42183301-9999	Estación de Diagnostico para Otorrinolaringologia (Estación Integrado para Otorrinolaringologia)	6	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	930.000.000	5.580.000.000	650.750.000	43%	CUMPLE CON LAS EETT	SE SUGIERE ADJUDICAR A LA FIRMA ALBATROS SACI EN EL ITEM N° 11

Con relación a las ofertas que se sitúan por encima de los costos estimados o de referencia, en observancia a lo establecido en el art. 1° de la Resolución 411/18 de fecha 01 defebrero de 2018, este Comité Evaluador ha requerido en tiempo y forma a los oferentes afectados, una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, quienes de conformidad a las constancias obrantes en la carpeta de antecedentes del llamado, han respondido satisfactoriamente a lo solicitado, dando de tal forma cumplimiento a los preceptuado por la normativa señalada.

En este sentido, es preciso indicar que las empresas cuyos precios ofertados se encuentran por encima de los precios referenciales, se ajustan a todos los requisitos técnicos, legales y económicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas respectivas; por lo tanto, las mismas son susceptibles de adjudicación y de consumarse dicho evento el IPS estaría comprando productos enmarcados dentro de los requerimientos de calidad y costo.

10. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5.174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, se concluye cuanto sigue:

Las firmas Albatros SACI, V&V S.A., Droguería Italquímica S.A., Argon S.R.L., Dysa S.A., Solumedic S.A., La Casa del Médico S.A, no presentan errores aritméticos.

11. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

A la empresa **ALBATROS SACI**

Por Nota N° 628/19 de fecha 02 de Mayo de 2019 lo dispuesto en el Anexo Sección VII Punto 2 Criterios de Evaluación y Calificacion. Analisis de los precios ofertados

1- Desglose de precios del item N' 11.

Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

Ganancia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Respuesta: La empresa provee lo solicitado.

A la empresa **DYSA HEALTHCARE S.A.**

Por Nota N° 619/19 de fecha 02 de Mayo de 2019, teniendo en cuenta la Sección VII Anexo I. Documentos que componen la oferta:

Punto 5: Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado. Favor ajustarse al requerimiento.

Punto 12: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. Documentos serán requeridos para para la firma del contrato. Favor ajustarse al requerimiento.

Respuesta La empresa provee lo solicitado.

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. 120 J. N° 25.175

Por Nota N° 632/18 de fecha 02 de Mayo de 2019. Criterios de Evaluación y Calificación. Punto 2. Análisis de los precios ofertados

2- Desglose de precios del item N' 7.

Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

Ganancia

Respuesta: La empresa provee lo solicitado

A la empresa: **V&V S.A.**

Por Nota N° 631/18 de fecha 02 de Mayo de 2019 . Criterios de Evaluación y Calificación. Punto 2. Análisis de los precios ofertados

3- Desglose de precios del item N' 7.

Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

Ganancia

Respuesta: La empresa provee lo solicitado.

Por Nota N° 620/2019, teniendo en cuenta la Sección VII Anexo I . Documentos que componen la oferta, en su Punto F.2: Autorización del fabricante:

a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.

Punto 3: Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).

Punto 12: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. Documentos serán requeridos para la firma del contrato.Favor ajustarse al requerimiento.

Punto 13: Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar servicio técnico de los equipos ofertados.

Punto 14: Presentación de certificado que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico al equipo ofertado.Favor ajustarse al requerimiento.Favor ajustarse al requerimiento.

Respuesta: : La empresa provee lo solicitado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

A la empresa: ARGON S.R.L.

Por Nota N° 622/19 de fecha 02 de Mayo de 2019, teniendo en cuenta la Sección VII Anexo I. Documentos que componen la oferta, en su **Punto 12:** Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. Documentos serán requeridos para la firma del contrato.Favor ajustarse al requerimiento.

Punto 13: Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar servicio técnico de los equipos ofertados.
Respuesta: La empresa provee lo solicitado.

Por Nota N° 629/2019, de fecha 02 de Mayo de 2019, Criterios de Evaluación y Calificación. Punto 2. Análisis de los precios ofertados

4- Desglose de precios de los item N' 1, 7:

Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

Ganancia

Respuesta: : La empresa provee lo solicitado.

A la empresa: **LA CASA DEL MÉDICO**

Por Nota N° 623/2019 de fecha 02 de Mayo de 2019, Documentos que componen la oferta, en su **Punto F.2: Autorización del fabricante:**

d) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
e) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
f) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.

Punto 5: Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.Favor ajustarse al requerimiento.

Punto 12: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. Documentos serán requeridos para la firma del contrato.Favor ajustarse al requerimiento.

Punto 13: Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar servicio técnico de los equipos ofertados.

Punto 14: Presentación de certificado que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico al equipo ofertado.Favor ajustarse al requerimiento.Favor ajustarse al requerimiento.

Respuesta: : La empresa provee lo solicitado.

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Gimenez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

12. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL, SUSTANCIAL Y ADICIONAL

DOCUMENTACIONES	ALBATROS SACI	VYV S.A.	DROGUERIA ITALQUIMICA	ARGON SRL	DYSA	SOLUMEDIC	LA CASA DEL MEDICO
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D) Documentos legales							
Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**							
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d. Patente Municipal vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.							
F) Cualquier otro documento adicional requerido.							
1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017-2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Vivian Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

DOCUMENTACIONES	ALBATROS SACI	VYV S.A.	DROGUERIA ITALQUIMICA	ARGON SRL	DYSA	SOLUMEDIC	LA CASA DEL MEDICO
3. Planilla de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9. Balances de los años 2015, 2016,2017	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los ultimos años (2015,2016,2017)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11. Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigtledad no mayor a un (1) año de fabricación, Documentos serpan requeridos para la firma del contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico de los equipos ofertados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico de los equipos ofertados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14. Presentación de certificado que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico al equipo ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de Equipos Biomédicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años.(Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16. Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no apliación del margen previsto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Obs Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro pais, el oferente podrá presentar copia simper de los mismos, sin perjuicio de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso de resultar adjudicados. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada, conforme lo establece el Art. 45° del decreto 21909/03.

13. CAPACIDAD FINANCIERA:

V & V S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	65.827.743.187	68,36	7.863.930.164	5,34	7.198.302.012	12,99	28,90	CUMPLE
	Pasivo corriente	962.975.197		1.473.886.220		553.954.497			
Endeudamiento	Pasivo total	3.716.975.197	0,55	2.390.359.147	0,29	5.335.590.470	0,71	0,52	CUMPLE
	Activo total	6.697.987.384		8.138.896.861		7.528.768.709			
Rentabilidad	Utilidad Neta	30.499.932	0,03	46.575.520	0,05	35.590.477	0,04	0,04	CUMPLE
	Capital	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					7.198.302.012	6.644.347.515	250.048.493	CUMPLE
	Pasivo corriente					553.954.497			
									1.666.989.950

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Ortiz Díaz
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

SOLUMEDIC S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	21.929.862.393	3,30	21.004.236.665	2,68	19.972.603.454	2,26	2,75	CUMPLE
	Pasivo corriente	6.641.726.809		7.851.707.202		8.827.285.994			
Endeudamiento	Pasivo total	14.116.535.590	0,53	12.458.481.400	0,49	12.155.796.810	0,47	0,50	CUMPLE
	Activo total	26.834.355.352		25.537.642.872		25.618.570.735			
Rentabilidad	Utilidad Neta	304.698.439	0,15	332.869.112	0,17	360.877.822	0,18	0,17	CUMPLE
	Capital	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					19.972.603.454	11.145.317.460	95.700.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					8.827.285.994			
									638.000.000

ALBATROS SACI									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.552.878.464	22,64	3.741.353.367	30,87	3.650.704.048	4,62	19,38	CUMPLE
	Pasivo corriente	112.735.714		121.182.499		790.590.799			
Endeudamiento	Pasivo total	4.849.203.430	0,51	2.095.001.886	0,26	790.590.799	0,07	0,28	CUMPLE
	Activo total	9.500.666.036		8.077.998.603		11.729.593.521			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1.828.958.190	1,11	3.098.648.530	1,88	2.304.328.232	1,40	1,46	CUMPLE
	Capital	1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					3.650.704.048	2.860.113.249	950.662.500	CUMPLE
	Pasivo corriente					790.590.799			
									6.337.750.000

DROGUERIA ITALQUIMICA									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	22.580.995.435	2,93	27.344.176.182	2,83	10.026.009.937	2,15	2,63	CUMPLE
	Pasivo corriente	7.715.285.449		9.678.443.419		4.658.597.816			
Endeudamiento	Pasivo total	7.715.285.449	0,23	9.678.443.419	0,24	4.658.597.816	0,40	0,29	CUMPLE
	Activo total	33.992.254.038		40.309.735.482		11.523.529.050			
Rentabilidad	Utilidad Neta	4.330.916.377	0,23	4.913.235.000	0,22	2.114.167.528	1,28	0,58	CUMPLE
	Capital	19.000.000.000		22.000.000.000		1.650.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					10.026.009.937	5.367.412.121	38.083.498	CUMPLE
	Pasivo corriente					4.658.597.816			
									253.889.985

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Villalba
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 26.175

ARGON S.R.L.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	17.900.830.443	7,40	10.429.574.139	4,71	21.205.357.036	31,09	14,40	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.418.648.429		2.213.651.252		682.116.854			
Endeudamiento	Pasivo total	2.400.257.724	0,13	2.213.651.252	0,11	682.116.854	0,03	0,09	CUMPLE
	Activo total	19.023.148.003		19.260.419.023		24.065.378.087			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1.461.700.616	0,09	420.994.331	0,02	1.419.867.822	0,08	0,07	CUMPLE
	Capital	16.582.090.270		17.046.767.775		17.067.385.503			
Capital Operativo	Activo corriente					21.205.367.036	20.523.250.182	623.400.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					682.116.854			
									4.156.000.000

DYSA HEALTHCARE									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	45.156.122.776	1,53	52.457.123.192	1,57	51.837.817.632	2,43	1,84	CUMPLE
	Pasivo corriente	29.511.266.200		33.453.747.990		21.369.553.873			
Endeudamiento	Pasivo total	32.072.373.174	0,58	35.666.555.720	0,57	28.528.179.170	0,51	0,55	CUMPLE
	Activo total	54.934.539.179		62.956.179.142		55.880.652.845			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1.788.903.124	0,13	5.662.466.040	0,35	1.788.179.694	0,11	0,20	CUMPLE
	Capital	14.000.000.000		16.000.000.000		16.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					51.837.817.632	30.468.263.759	481.716.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					21.369.553.873			
									169.000.000

LA CASA DEL MEDICO									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	11.176.625.107	2,03	12.952.690.166	2,14	13.098.930.753	2,41	2,19	CUMPLE
	Pasivo corriente	5.493.221.352		6.060.727.990		5.432.459.583			
Endeudamiento	Pasivo total	5.493.221.352	0,44	6.060.727.990	0,43	5.432.459.583	0,38	0,42	CUMPLE
	Activo total	12.435.468.787		14.132.130.966		14.247.695.228			
Rentabilidad	Utilidad Neta	64.411.456	0,02	2.950.064.030	0,98	660.610.983	0.22	0,41	CUMPLE
	Capital	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					13.098.930.753	7.666.471.170	50.265.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					5.432.459.583			
									335.100.000

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

14. CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURAS:

El volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta en la presente licitación dentro de los últimos 5 (cinco) años:

ARGON S.R.L.			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2018	CONTRATO N° 404/2018	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Gs 2.145.000.000
2018	CONTRATO N° 195/2018	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Gs 500.000.000
TOTAL			Gs 2.645.000.000
MONTO DE LA OFERTA			**Gs 4.156.000.000**
50 % DE LA OFERTA			Gs 2.078.000.000

LA CASA DEL MEDICO			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2016	CONTRATO N° 246/2016	INSITTUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	Gs 3.865.500.000
TOTAL			Gs 3.865.500.000
MONTO DE LA OFERTA			**Gs 335.100.000**
50 % DE LA OFERTA			Gs 167.550.000

ALBATROS SACI			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2018	CONTRATO N° 076/2018	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Gs 843.000.000
2017	CONTRATO N° 221/2018	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Gs 671.500.000
2016	CONTRATO N° 120	GOBERNACIÓN DE ITAPUA	Gs 1.591.000.000
TOTAL			Gs 3.105.500.000
MONTO DE LA OFERTA			**Gs 6.337.750.000**
50 % DE LA OFERTA			Gs 3.168.875.000

DROGUERIA ITALQUIMICA			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2014	FACTURA N° 001-001-0006361	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Gs 82.500.000
2015	CONTRATO N° 58/15	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	Gs 835.835.000
TOTAL			Gs 918.335.000
MONTO DE LA OFERTA			**Gs 253.889.985**
50 % DE LA OFERTA			Gs 126.944.993

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Adolfo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

SOLUMEDIC			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2018	CONTRATO N° 09/2018	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Gs 2.145.000.000
TOTAL			Gs 2.145.000.000
MONTO DE LA OFERTA			Gs 638.000.000
50 % DE LA OFERTA			Gs 319.000.000

DYSA HEALTHCARE			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2017	CONTRATO N° 171/17	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	Gs 985.500.000
TOTAL			Gs 985.500.000
MONTO DE LA OFERTA			Gs 169.000.000
50 % DE LA OFERTA			Gs 84.500.000

V&V S.A.			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2014 - 2018)			
AÑO	CONTRATOS/ FACTURA	INSTITUCIÓN	MONTO
2018	CONTRATO N° 011/18	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	Gs 1.277.809.993
TOTAL			Gs 1.277.809.993
MONTO DE LA OFERTA			Gs 1.666.989.950
50 % DE LA OFERTA			Gs 833.494.975

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

15. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

Verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el PBC y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N° 411/18 que se encuentra vigente desde el 01 de febrero de 2018, y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado; por tanto esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva el presente informe, con las siguientes sugerencias:

DECLARAR DESIERTO: Los **Items 3, 10, 25 y 28**, en virtud al Art. N° 30 de la Ley 2051/03 Inc a) Que no se hubiera presentado oferta alguna;

DECLARAR DESIERTO: Los **Items12, 14 y 17**, en virtud al Art N° 30 de la Ley 2051/03 Inc Inc b) Que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas:

ADJUDICAR a la firma **V&V S.A.**, por cumplir con las condiciones técnicas legales que exige el PBC, conforme el siguiente cuadro:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2	41111508-001	BALANZA ADULTO DIGITAL	69	UNIDAD	UNIDAD	V&V	CHINA	3.678.000	253.782.000
6	42182901-001	CAMILLA INSPECCION GINECOLOGICA	9	UNIDAD	UNIDAD	AEGEA	CHINA	4.175.000	37.575.000
8	42201702-001	DETECTOR FETAL	1	UNIDAD	UNIDAD	ALON	CHINA	1.695.000	1.695.000

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

Ing. Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
9	42182005-9999	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	64	UNIDAD	UNIDAD	YUSHI	CHINA	9.214.765	589.744.960
23	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO	10	UNIDAD	UNIDAD	ACCURATE	CHINA	4.220.000	42.200.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA IVA INCLUIDO									924.996.960

ADJUDICAR a la firma **ARGON S.R.L.**, por cumplir con las condiciones técnicas legales que exige el PBC, conforme el siguiente cuadro:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	42295123-002	ASPIRADOR QUIRURGICO	6	UNIDAD	UNIDAD	GEMMY	TAIWAN	14.666.500	87.999.000
4	42183009-001	CAJA DE PRUEBA	8	UNIDAD	UNIDAD	LUX VISION	U.S.A.	7.224.625	57.797.000
13	42183029-001	FOROPTERO	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	42.500.000	340.000.000
15	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	9	UNIDAD	UNIDAD	ESTRELLA	PARAGUAY	1.010.000	9.090.000
16	42183023-006	LAMPARA DE HENDIDURA	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	64.480.000	515.840.000
18	42183023-005	LENSOMETRO	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	8.150.000	65.200.000
21	42182005-003	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	8	UNIDAD	UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	6.875.000	55.000.000
22	42182005-004	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	8	UNIDAD	UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	29.862.500	238.900.000
24	42183023-003	PROYECTOR OPTOTIPO	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	13.337.500	106.700.000
26	42183023-004	RETINOSCOPIO	8	UNIDAD	UNIDAD	HEINE	ALEMANIA	6.875.000	55.000.000
27	42183023-004	SILLON DE INSPECCION ELECTRICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	2	UNIDAD	UNIDAD	OTOPRONT	ALEMANIA	137.000.000	274.000.000
29	42183018-002	TONOMETROS DE APLANACION	8	UNIDAD	UNIDAD	HAAG STREIT	SUIZA O ALEMANIA	18.000.000	144.000.000
31	42183022-9999	Unidades de Refracción (Equipo de Refracción)	8	UNIDAD	UNIDAD	APRAMED	BRASIL	73.750.000	590.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO DOS MIL QUIENIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL IVA INCLUIDO									2.539.526.000

ADJUDICAR a la firma **LA CASA DEL MEDICO**, por cumplir con las condiciones técnicas legales que exige el PBC, conforme el siguiente cuadro:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
5	42192207-005	CAMILLA DE INSPECCION	65	UNIDAD	UNIDAD	MEDIMUEBLE	PARAGUAY	1.201.538	78.099.970
7	42172101-001	DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO	2	UNIDAD	UNIDAD	NIHON KOHDEN	JAPON	57.650.000	115.300.000
32	42182003-001	VIDEOCOLPOSCOPIO	2	UNIDAD	UNIDAD	MEDPEJ	BRASIL	70.000.000	140.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA IVA INCLUIDO									333.399.970

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Eladio Quintana
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

ADJUDICAR a la firma **ALBATROS SACI**, por cumplir con las condiciones técnicas legales que exige el PBC, conforme el siguiente cuadro:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
11	42183301-9999	Estación de Diagnostico para Otorrinolaringología (Estación Integrado para Otorrinolaringologia)	6	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	930.000.000	5.580.000.000
19	41111738-002	NasoFibroscopio de Extracción de muestras (Fibroscopio)	1	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	85.000.000	85.000.000
20	41111738-002	NasoFibroscopio de inspección (Fibroscopio)	1	UNIDAD	UNIDAD	KARL STORZ	ALEMANIA	75.000.000	75.000.000
30	42294801-9996	TORRE DE ENDOSCOPIA NASAL	1	UNIDAD	UNIDAD	KARLS STORZ	ALEMANIA	302.000.000	302.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO SEIS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES IVA INCLUIDO									6.042.000.000

EL MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LA LPN SBE N° 19/19 ES GS. 9.839.922.930 IVA INCLUIDO (GUARANIES NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA IVA INCLUIDO)

16. <u>DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO</u>

Se solicitará a todas las firmas adjudicadas para la suscripción del contrato, la presentación de los siguientes documentos:

1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social Vigente.
2. Certificado de no encontrarse en Quiebra, o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registro Público.
3. Constancia de no encontrarse en Interdicción expedida por la Dirección General de los Registros Públicos.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.

Es nuestro informe.

Viviana Genes
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social

.....
Sra. Viviana Genes
Representante de la Dirección Operativa De Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

.....
Abog. Edgar Gimenez
Representante de la Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Santiago Samudio
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

.....
Ing. Santiago Luis Samudio
Representante de la Dirección de Recursos Tecnólogicos de Salud.

.....
Ing. Eladio Quintana
Representante de la Dirección de Recuros Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Oscar Ocaño
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

.....
Ing. Oscar Ocaño
Representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud