Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

## COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

San Lorenzo, 17 de octubre de 2017.-

**Señor:**
**ALBINO FERRER, Intendente Municipal**
**Presente:**

Los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas de la Municipalidad de San Lorenzo se dirigen a Usted a objeto de comunicarle que, en el día de la fecha del encabezado, siendo las 08:30 horas, se reúnen para evaluar las ofertas del llamado a Contratación Directa N° 33, ID: 334.897/2017 **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO"**, previsto en el Rubro 530 del Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de San Lorenzo.

Dicho Comité se halla integrado por las siguientes personas:
- Sra. Ruth Villamil, Directora Interina de la U.O.C.
- Sra. Adriana Villamayor, Jefa de la U.O.C.
- Abog. Héctor Parodi, Asesor Jurídico.

### DATOS DE LA CONVOCANTE

| | |
|---|---|
| **N° de PAC** | **334.741.-** |
| **Nombre del Llamado** | **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO"** |
| **Modalidad** | **Contratación Directa No. 33.-** |
| **Adjudicación** | **Por el Total.-** |

### DETALLE DE LA EMPRESAS QUE SE PRESENTO AL ACTO DE APERTURA DE SOBRES

| N° | EMPRESA | RUC | OFERTA TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | 80026564-5 | Gs. 47.970.000 |
| 2 | WINNER S.R.L . | 80010090-5 | Gs. 64.500.000 |

### ANALISIS Y EVALUACION

Se procede al análisis y evaluación respectiva de la oferta presentada conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909, Art. 60 y 61.-

**Documentos Legales**

Seguidamente se procede a la verificación de la documentación básica de carácter sustancial (de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del Art. 61 del Decreto 21.909/03, que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas") y de los demás documentos solicitados en el PBC.

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · U.O.C. · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ruth Villamil Samu
Directora Interina de U.O.C
Municipalidad de San Loren

| DOCUMENTOS | CHACO INTERNACIONAL S.A. | WINNER S.R.L. |
|---|---|---|
| Formulario de Oferta debidamente completado y firmado por el oferente o su representante. - | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada de Garantía de Mantenimiento de Oferta. | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta. - | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. - | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente y sus proveedores se encuentren involucrados en las prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el Código de Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de la Resolución DNCP N° 677/2010.- | CUMPLE | CUMPLE |
| **RESULTADO** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |

## ANÁLISIS CONFORME AL ANEXO B DEL PBC (Criterios de Evaluación y Calificación. Ítem 20):

| No. | OFERENTES | Observaciones | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | CHACO INTERNACIONAL S.A.. | **.Capacidad Legal:**<br>-Presenta documentos.- | **Cumple** |
| | | **.Capacidad Financiera:** presenta Balance General. **Análisis**<br>- Coeficiente de Liquidez.<br>- Endeudamiento.<br>- Rentabilidad. | **Cumple** |
| | | | |
| 2 | WINNER S.R.L. | **.Capacidad Legal:**<br>-Presenta documentos.- | **Cumple** |
| | | **.Capacidad Financiera:** presenta Balance General.<br>**Análisis**<br>- Coeficiente de Liquidez.<br>- Endeudamiento.<br>- Rentabilidad. | **Cumple** |
| | | | |

Adriana Mayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

U.O.C

Ruth Villamil Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

## ANÁLISIS CONFORME AL ANEXO C DEL PBC (Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos)

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | ESPECIFICACIÓN TECNICA | WINNER S.R.L (Drager 6820) | CHACO INTERNANCIONAL (CPD 9000) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO" | Sensor electroquímico para tecnología de ¼", específico para alcohol. | Cumple | Cumple |
| | | Rango de prueba: 0 a 2,5 mg/l., se muestra indicación en la pantalla cuando se supera el rango de prueba. | Cumple | No Cumple |
| | | Muestreo automático cuando se alcanza el volumen mínimo. Es posible realizar un muestreo pasivo o manual. | Cumple | No Cumple |
| | | Tiempo de activación aproximadamente 2 segundos tras el encendido. | Cumple | No Cumple |
| | | Indicación del resultado de la prueba 3 segundos (con 0 mg/l), 10 segundos con (con 5 mg/l, temperatura ambiente). | Cumple | No Cumple |
| | | Temperatura de funcionamiento de -5 a +50°C, -4 a +122°F. | Cumple | Cumple |
| | | Pantalla LCD con retroiluminación; 41 mm y 24 mm (128 x 64 pixeles). | Cumple | No Cumple |
| | | Led 3 colores para indicar mensajes o alertas. | Cumple | No Cumple |
| | | Alarmas acústicas, diferentes tonos de señal para indicar distintos mensajes y alertas. | Cumple | No Cumple |
| | | Memoria con capacidad para guardar las ultimas 5000 pruebas con el numero fecha y hora | Cumple | No Cumple |
| | | Fuente de alimentación: Dos baterías AA o NiMH; la pantalla cuenta con un indicador de nivel de batería. Un único juego de baterías permite realizar unas 1500 pruebas de alcohol espirado. Es posible utilizar baterías NiMH recargables. | Cumple | No Cumple |
| | | Calibración con gas húmedo o seco. | Cumple | No Cumple |
| | | Dimensiones (ancho x alto x fondo), peso 147 mm x 65 mm x 39 mm, aprox. 260g. | Cumple | No Cumple |
| | | Configuración del dispositivo Las opciones del dispositivo pueden configurarse directamente a través del menú del dispositivo (se requiere PIN). No es necesario contar con software para PC adicional | Cumple | Cumple |
| | | Vibración e impactos Cumple los requisitos de las normas EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F. | Cumple | Cumple |
| | | Certificado CE Directiva 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética). | Cumple | No Cumple |

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ruth Villamil Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Data interfaces USB a PC; interfaz óptica a control de impresora. | Cumple | No Cumple |
| | | Estándar Cumple la norma EN 15964. | Cumple | No Cumple |
| | | Tipo de protección IP 54. | Cumple | No Cumple |
| | | Boquilla para Alcotest (conexión «deslizar y hacer clic») con válvula de retorno. Paquete con 1000 (mil) unidades. | Cumple | Cumple |
| | | Fuente de alimentación de 600 mA y 11 V para la carga de las baterías NiMH | Cumple | No Cumple |
| **Las ofertas presentadas deben contar con:** | | | | |
| Capacitación de uso en 2 (dos) eventos. | | | Cumple | No especifica |
| Mantenimiento preventivo. | | | Cumple | No especifica |
| | | | **PASA** | **NO PASA** |

Que, conforme el Art. 28 de la Ley 2051/03 y el Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/2003, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

- Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.
- Presente el precio evaluado como el más bajo.

Por tanto, en base a estas consideraciones y observando que cumple con las especificaciones técnicas y con los demás requerimientos sustanciales solicitados en el **P.B.C** y de conformidad al inciso c) del Artículo 34 de **la Ley 2051/03, el Decreto Reglamentario N° 21.909/2003 y la Resolución DNCP N° 522/2015**, este Comité de Evaluación recomienda al señor Intendente la **ADJUDICACION** del presente llamado para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO"** a la firma **WINNER S.R.L** de **ING. FERNANDO BRITEZ BORRELL** con **RUC N° 80010090-5** por un monto total de **Gs. 64.500.000.- (Guaraníes Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Mil)** I.V.A. incluido.

**Es nuestro dictamen. Salvo mejor parecer.-**

Se da por concluido el acto siendo las 11:30 horas de la fecha citada más arriba, firman el presente las personas citadas precedentemente.

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ruth Villamayor Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo