Asunción, 07 de Diciembre de 2012

NOTA DALCSP Nº 638/2012
Señor
EXIMPAR S.R.L.
TEF: 494-022
DIRECCION: Paraguari 942 c/ Tte. Fariña

Presente:

La Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 42 "LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA – M.S.P. y B.S."; se dirige a Ud., con relación al Llamado de la **Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO"**; a fin de informarle que han sido adjudicado por un monto total de **Gs. 87.930.100 - (OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIEN.-)**, cuyo detalle se adjunta y forma parte de esta notificación. Al mismo tiempo solicitamos la aceptación de la Adjudicación a fin de proceder a emitir la Orden de Compra, de acuerdo al siguiente detalle:

NRO DE ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	MARCA	U.M	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PHMETRO	**PHMETRO** ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION **CARACTERISTICAS GENERALES:** *CONSTRUCCION ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, NORMAS DE MERCOSUR (SIMILARES O SUPERIORES), AL MENOS UNO DE ELLOS. *SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRICA ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES. *SISTEMA DIGITAL *PANTALLA LCD *BRAZO PORTAELECTRODOS *ALIMENTACION ELECTRICA EXTERNA 220V-50HZ. *CALIBRACION DE PH ACIDO Y ALCALINO *REGULADOR DE TEMPERATURA ENTRE 0 A 100 GRADOS *GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MERCADO POR LO MENOS 5 AÑOS DESPUES DE LA ADQUISICION DEL EQUIPO *INSTALACION DEL EQUIPO EN LA INSTITUCION DESIGNADA Y CAPACITADA DE USO Y DE SERVICIO TECNICO (DETECCION DE FALLAS, TESTEO Y CALIBRACION) DEL MISMO A USUARIOS Y A TECNICOS CORRESPONDIENTES. *GARANTIA ESCRITA DE 2 AÑOS COMO MINIMO CON SERVICIO TECNICO ANTE CUALQUIER FALLA INCLUYENDO LOS REPUESTO Y/O MATERIALES NECESARIOS A PARTIR DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA INSTITUCION. *UN MANUAL DE OPERACIONES EN ESPAÑOL Y UN MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN ESPAÑOL O INGLES.	BOECO	UNIDAD	UNIDAD	1	4.566.100	4.566.100
3	Termociclador	**TERMOCICLADOR** ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION **CARACTERISTICAS GENERALES:** *CONSTRUCCION ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES ISO, CE, FDA, UL, FDA, TÜV, NORMAS DE MERCOSUR (SIMILARES O SUPERIORES), AL MENOS UNO DE ELLOS. *SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRICA ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES. *CAPACIDAD DE MUESTRAS: 48 X 0,2 ml + 48 x 0,2 *CON CICLO Y TEMPERATURAS DIFERENTES EN FORMA SIMULTANEA POR CADA BLOQUE *CONSUMIBLE: TUBOS DE 0,2 ml TIRAS 6 X 8. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:	BOECO	UNIDAD	UNIDAD	3	27.788.000	83.364.000

Lic. Arturo E. Núñez A.
Director Administrativo
L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.

Dr. Gustavo L. Chamorro C.
Director General
Lab. Central de Salud Pública

EXIMPAR S.R.L.
Blanca Rivas
11/12/12

		CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: *RANGO DE TEMPERATURA MINIMO ENTRE -4ºC A 99º C *VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO 4.0º C /SEG A MEJOR *VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO 4.0º C/SEG O MEJOR *EXACTITUD DE TEMPERATURA COMO MINIMO DE +- 0,2ºC *UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA: +- 0,2º C *INTERFASE PARA PC *MEMORIA INTERNA: MINIMO PARA 1000 PROGRAMAS TIPICOS ADEMAS DE OPCION DE MEMORIA USB Y CONECTABLE A PC CON CONTRASEÑA DE PROTECCION. *ALIMENTACION ELECTRICA : 220V - 50 HZ *CONEXIÓN ELECTRICA CON ATERRAMIENTO *TIPO DE CONEXIÓN ELECTRICA:SHUCKO **ACCESORIOS:** *2 BLOQUES 48X0.2 ml AUXILIARES CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN SIMULTANEA *UPS COMPATIBLE CON LA UNIDAD, TIEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS. *4 PARES DE FUSIBLES COMPATIBLES DEL EQUIPO **OTROS REQUERIMEINTOS:** *UN MANUAL DE OPERACIONES EN ESPAÑOL Y UN MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN ESPAÑOL O INGLES. *GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MERCADO POR LO MENOS 5 AÑOS DESPUES DE LA ADQUISICION DEL EQUIPO *INSTALACION DEL EQUIPO EN LA INSTITUCION DESIGNADA Y CAPACITADA DE USO Y DE SERVICIO TECNICO (DETECCION DE FALLAS, TESTEO Y CALIBRACION) DEL MISMO A USUARIOS Y A TECNICOS CORRESPONDIENTES. *GARANTIA ESCRITA DE 2 AÑOS COMO MINIMO CON SERVICIO TECNICO ANTE CUALQUIER FALLA INCLUYENDO LOS REPUESTO Y/O MATERIALES NECESARIOS A PARTIR DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA INSTITUCION.						
							TOTAL	**87.930.100**

CHACO INTERNACIONAL S.A., en el Ítem (Nº: 4), respectivamente por un monto total de Gs. **5.500.000.- (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL).-**

CHAPENTIER S.R.L., en el Ítem (Nº: 5), respectivamente por un monto total de Gs. **7.990.000.- (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL).-**

GBO MEDICAL., en los Ítems (Nº: 6 y 8), respectivamente por un monto total de Gs. **32.725.000.- (TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL).-**

IN SITU S.A., en el Ítem (Nº: 7), respectivamente por un monto total de Gs. **5.290.000.- (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL).-**

El ítem Nº 1, fue declarado desierto.

Lic. Arturo E. Nuñez A.
Director Administrativo
L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.

Dr. Gustavo A. Chamorro C.
Director General
Lab. Central de Salud Pública

EXIMPAR S.R.L.
Blanca Rivas
11/12/12
16:05

El total adjudicado asciende a la suma de Gs. 139.435.100.- (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN.-).

Esta comunicación es entregada de modo a dar cumplimiento a la Resolución MH/SSEAF/UCNT Nº 415/07.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente.

LIC. ARTURO NUÑEZ ARCE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LAB. CENTRAL – M.S.P Y B.S.

DR. GUSTAVO CHAMORRO
DIRECTOR GENERAL
LAB. CENTRAL – M.S.P Y B.S.

EXIMPAR S.R.L.
Blanca Rivas
11/12/12
16:05