de Sumijiro Takaoka T.	
EXIMPAR S.R.L.	C
GT SCIENTIFIC S.A.	C
GBO MEDICAL de Iris Patricia Posada Fagundez.	C
SCARPE S.R.L.	C
CHARPENTIER S.R.L.	C

C= "CUMPLE"
NC= "NO CUMPLE"

Las empresas EIYA S.R.L.; SAS de Santiago Abente Saralegui; CIENTIFICA MILÁN S.R.L.; EVEREST INGENIERÍA S.R.L.; PROVINDUS S.A; CHACO INTERNACIONAL S.A.; SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS de Sumijiro Takaoka T.; EXIMPAR S.R.L.; GT SCIENTIFIC S.A.; GBO MEDICAL de Iris Patricia Posada Fagundez; SCARPE S.R.L.; CHARPENTIER S.R.L.; BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. y INFOTEC S.A., cumplen con la experiencia y capacidad técnica

2.3 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA	BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	INFOTEC S.A.	EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.R.L.	SAS de Santiago Abente Saralegui.	CIENTÍFICA MILÁN S.R.L.	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	PROVINDUS S.A.
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Deberá igual o mayor a 1 en promedio, en los 3 últimos años (2009, 2010 y 2011).	C	C	C	C	C	C	C
Endeudamiento: no deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2009, 2010 y 2011).	C	C	C	C	C	C	C
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años cerrados (2009, 2010 y 2011), no deberá ser negativo.	C	C	C	C	C	C	C

CAPACIDAD FINANCIERA	CHACO INTERNACIONAL S.A.	SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS de Sumijiro Takaoka T.	EXIMPAR S.R.L.	GT SCIENTIFIC S.A.	GBO MEDICAL de Iris Patricia Posada Fagundez.	SCARPE S.R.L.	CHARPENTIER S.R.L.
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Deberá igual o mayor a 1 en promedio, en los 3 últimos años (2009, 2010 y 2011).	C	C	C	C	C	C	C
Endeudamiento: no deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2009, 2010 y 2011).	C	C	C	C	C	C	C
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o	C	C	C	C	C	C	C

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias y Tecnología
Universidad Nacional de Asunción

pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años cerrados (2009, 2010 y 2011), no deberá ser negativo.							

C= "CUMPLE"
NC= "NO CUMPLE"

Las empresas EIYA S.R.L.; SAS de Santiago Abente Saralegui; CIENTIFICA MILÁN S.R.L.; EVEREST INGENIERÍA S.R.L.; PROVINDUS S.A; CHACO INTERNACIONAL S.A.; SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS de Sumijiro Takaoka T.; EXIMPAR S.R.L.; GT SCIENTIFIC S.A.; GBO MEDICAL de Iris Patricia Posada Fagundez; SCARPE S.R.L.; CHARPENTIER S.R.L.; BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. y INFOTEC S.A., cumplen con la capacidad financiera.

2.4 EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Oferente.	Ítems ofertados.
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	(1= **NC;** porque ofrecen uno de 3 Mpx), 2= **C**, 4= **C**, (12= **NC**; porque no se ajusta a los requerimientos, (17= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (18= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (19= **NC;** porque la escala de temperatura no cumple con lo solicitado, (-10 - +40) es lo ofertado y (-20 - +40) es lo solicitado. Accesorio: cruzeta angular 6 x 50ml), (20= **NC;** porque no especifica rango de temperatura, especificó para muestras de sangre, aplicabilidad DNA/RNA no consta), (21= **NC;** porque modelos presentados no constan si disponen del sistema interno antisobrecalentamiento), (22= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (23= **NC;** porque no consta el rango de temperatura), (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (31= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 32= **C**, 33= **C**, (34= **NC;** porque no tiene lector original de temperatura y no especifica si tiene iluminación interna), (35= **NC;** porque no consta el control de presión interna y temperatura), (36= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 37= **C**, (38= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (39= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (42= **NC;** porque no corresponde el tipo de platillo requerido), (44= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (45= **NC:** por no ajustarse a las especificaciones técnicas), (51= **Obs.:** no se

	modelos presentados no constan si disponen del sistema interno antisobrecalentamiento), (22= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 26= **C**, (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 31= **C**, (32= **NC;** porque no se informa la temperatura, 34= **C**, (35= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (38= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (39= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 41= **C**, 42= **C**, (44= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (51= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (52= **NC;** porque no especifica porcentaje de humedad), (54= **NC;** porque no presentan catálogos ni especificaciones), (55= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 63= **C**, 64= **C**, 67= **C**, 68= **C**, 70= **C**, (78= **NC;** porque no se ajusta a los requerimientos de la institución), (79= **NC;** porque no se ajusta a los requerimientos de la institución), (80= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos) y 81= **C**.
PROVINDUS S.A.	(1= **NC;** porque el pedido de la cámara es de 12,8 Mpx y ofrecen uno de 10 Mpx), 2= **C**, 3= **C**, 4= **C**, 5= **C**, 6= **C**, 7= **C**, (8= **NC;** porque el mando de enfoque no duplicado, macrométrico y micrométrico separados, objetos de 40x y 100x no especifican si son retractiles), 9= **C**, (10= **NC;** porque no especifica adaptabilidad a fluorescencia), 11= **C**, (12= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (15= **NC;** porque no oferta una lupa, oferta una lupa estereoscópica), 16=C, (17= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (18= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (19= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (20= **NC;** porque no especifica rango de temperatura, especificó para muestras de sangre, aplicabilidad DNA/RNA no consta), (21= **NC;** porque modelos presentados no constan si disponen del sistema interno antisobrecalentamiento), (22= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (23= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (26= **NC;** porque no especifica

	para cuantos frascos, ni rango de temperatura, ni velocidad de agitación), (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 28= **C**, 29= **C**, 30= **C**, (31= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (32= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (34= **NC;** porque no tiene lector original de temperatura y no especifica si tiene iluminación interna), (35= **NC;** por no ajustarse a los requerimientos de la institución), (36= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 37= **C**, (38= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 39= **C**, (40= **NC;** porque no oferta el modelo con capacidad de hasta 50 grs.), 41= **C**, (42= **NC;** porque no especifica suministro con adaptador y platillo), 43= **C**, (46= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (47= **NC=** porque no especifica si traen los accesorios que se precisan), 48= **C**, (49= **NC;** porque no corresponde el material plástico requerido), (51= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (53= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (54= **NC;** porque no especifica lector USB), (55= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (56= **NC;** porque el rango de temperatura es insuficiente y oferta sin los accesorios), (61= **NC;** porque se oferta cuba de electroforesis vertical no dimensional), (62= **NC;** porque módulo de microarrays y número de fluoroforos no informados), 63= **C**, 65= **C**, (67= **NC;** por no ajustarse a los requerimientos de la Institución), (69= **NC;** porque no se ajusta a los requerimientos de la institución), (70= **NC;** porque no especifica rango de voltaje, resistencia, capacitancia y rango de operación de temperatura), (71= **NC;** porque no especifica pantalla color, precisión requerida y voltaje de operación) , 72= **C**, 74= **C**, 75= **C**, 78= **C**, 82= **C**, 83= **C**, (85= **NC;** por no ajustarse las especificaciones requeridas) y (86= **NC;** por no ajustarse las especificaciones requeridas).
CHACO INTERNACIONAL S.A.	10= **C**, (12= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (17= **NC;** porque el tiempo solicitado es de 0 – 99 min. Y se cotizó de 30 min.), (18= **NC;** porque en el folleto no especifica volumen de tubos), (19= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (20= **NC;** porque no se encuentra las especificaciones en el catálogo), (21= **NC;** porque

	modelos presentados no constan si disponen del sistema interno antisobrecalentamiento), (22= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (23= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (28= **NC**; porque no presenta especificaciones ni catálogos), 29= **C**, 30= **C**, (31= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (32= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (34= **NC;** porque no tiene lector original de temperatura y no especifica si tiene iluminación interna), (35= **C** en el modelo SD – 30), (36= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 37= **C**, 38= **C**, 41= **C**, 42= **C**, (44= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (45= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (46= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (47= **NC;** porque no presentan catálogos ni especificaciones), (49=**NC**; porque ofrece bandeja de metal y se solicitó material de plástico), **(**51= **C con el modelo HI98105)**, (53= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (55= **NC;** porque no presenta catálogos ni especificaciones), (57= **NC;** porque no se ajusta a los requerimientos de la Institución), (58= **NC;** porque los puerto no se especifican, el rango de temperatura es menor, rango para incubación no especificado y no se especifican los términos de garantía), (59= **NC** porque se requiere más precisiones técnicas que las presentes en la especificación), (61= **NC;** porque no presenta catálogos ni especificaciones), (63= **NC;** porque no está bien especificado), 64= **C**, 65= **C**, (67= **NC;** por no ajustarse a los requerimientos de la Institución), 69= **C**, 77= **C**, 78= **C**, (81= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos) y (87= **NC;** por no ajustarse a los requerimientos de la Institución).
SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS de Sumijiro Takaoka T.	(15= **NC;** porque el aumento es inferior a lo solicitado, sólo oferta una de 2x y se solicitó 3x), 18= **C**, (19= **C con el modelo Boyn L500)**, (21= **NC;** porque modelos presentados no constan si disponen del sistema interno antisobrecalentamiento), (22= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (23= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN Universidad Nacional de Asunción

	que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 26= **C**, (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (28= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 34= **C**, (35= **NC;** porque no consta el control de presión interna y temperatura), 36= **C**, 37= **C**, 38= **C**, (39= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 41= **C**, (42= **NC;** porque no especifica platillo de acero cuadrado y el certificado de calibración), 44= **C**, 46=**C**, 47= **C**, (48= **NC;** porque oferta un compresor de 2,5 Hp y se solicitó de 5,5 Hp), 49= **C**, (51= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (52= **NC;** porque no especifica porcentaje de CO_2), 53= **C**, 55= **C**, (59= **NC;** porque no presenta catálogos ni especificaciones), (62= **NC;** porque no presenta especificaciones ni catálogos), 63= **C**, 64= **C**, 66= **C**, 67= **C**, 69= **C**, (71= **NC;** porque no especifica precisión ±3%), 78= **C**, 87= **C** y 88= **C**.
EXIMPAR S.R.L.	1= **C**, 2= **C**, 3= **C**, 4= **C**, 5= **C**, 6= **C**, 7= **C**, 8= **C**, 9= **C**, (10= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (11= **NC;** porque lo solicitado es Microscopio petrográfico, no el metalográfico), 12=**C**, 14=**C**, 17= **C**, (18= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (19= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (21= **NC;** porque modelos presentados no constan si disponen del sistema interno antisobrecalentamiento), 22= **C**, 23= **C**, (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (28= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (29= **NC;** porque no informa sobre el incubador), 30= **C**, 39= **C**, 40= **C**, 41= **C**, 42= **C**, (43= **NC;** porque la lectura es de 0,1grs.), 49= **C**, (51= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (52= **NC;** porque no especifica porcentaje de humedad), (55= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (57= **NC;** porque no se ajusta a los requerimientos de la Institución), (88= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos) y (89= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos).
GT SCIENTIFIC S.A.	(23= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a

	que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (28= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (47= **NC;** porque no especifica el modelo ofertado), (58= **NC;** porque no posee todos los puertos solicitados, rango para incubación no especificado y no se especifican los términos de garantía), 60= **C**, (61= **NC;** porque no se especifica los detalles en lo ofertado) y (62= **NC;** porque módulo de microarrays y número de fluoforos no informados).
GBO MEDICAL de Iris Patricia Posada Fagundez.	11= **C**, (21= **NC;** (porque no especifica rango de temperatura ni la concentración de muestra de RNA – DNA) , (22= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 26= **C**, (27= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (28= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (29= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (31= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (36= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 37= **C**, (44= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (45= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (46=**NC;** por la especificación de observación en microscopia de luz transmitida y radiación de electrones) , (47= **NC;** porque no especifica si traen los accesorios que se precisan), 49= **C**, (51= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (58=**NC;** porque no se especifican los detalles), 64= **C**, 65= **C**, (67= **NC;** por no ajustarse a los requerimientos de la Institución) y (79= **NC;** porque es de acero inoxidable, mientras que lo solicitado es de vidrio).
SCARPE S.R.L.	27= **C**, (28= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 30= **C**, 31= **C**, (32= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 33= **C**, 34= **C**, (35= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (36= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 37= **C**, (38= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), (39= **Obs.:** no se procedió a la evaluación debido a que el oferente que cotizó la oferta más baja cumple con los requisitos), 41= **C**, (42= **NC;** por

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Universidad Nacional de Asunción