DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA

EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Adquisición de Materiales de Laboratorio

ITEM	DESCRIPCION	OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE Especificacion Tecnica	OBSERVACIONES FALTANTES
1	Microscopio Binocular	Micronal	Cumple	
2	Foco para microscopio: Lámpara bombilla transparente de alogeno blanca de 6V-30W		Cumple	
3	Foco para microscopio: Lámpara bombilla transparente de alogeno blanca G 4-6V - 20W		Cumple	
4	Microspio Optico Trinocular Compuesto		Cumple	
5	Foco para microscopio Biolgico: con bombilla oftalmica de 121V-30W de vidrio		Cumple	
11	Regla Ocular Micrometrica		Cumple	
1	Microscopio Binocular	Eximpar S.R.L	No cumple. Sin iluminacion LED, no posee lente de Telan, existe diferencia de tamaño de platina. La distancia de trabajo es diferente con lo requerido	
2	Foco para microscopio: Lámpara bombilla transparente de alogeno blanca de 6V-30W			Sin muestra
3	Foco para microscopio: Lámpara bombilla transparente de alogeno blanca G 4-6V - 20W			Sin muestra
4	Microspio Optico Trinocular Compuesto			Sin muestra
5	Foco para microscopio Biolgico: con bombilla oftalmica de 121V-30W de vidrio			Sin muestra
11	Regla Ocular Micrometrica			Sin muestra

Obs.: Las empresas adjudicadas tendran que entregar los materiales de laboratorio con las especificaciones técnicas y con los accesorios (Maletin, Funda protectora, anillo para campo oscuro, lámparas o ampollas de repuesto, frasco de aceite de inmersión, la garantía de 2 años y los 2 mantenimientos del equipo)

Lic. Nidia Martínez A.
Jefa Dpto. Entomología
SENEPA