# INFORME DE EVALUACIÓN

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA" ID Nº 317.861.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **NUEVE** días del mes de **FEBRERO** del año **DOS MIL DIEZ Y SIETE**, siendo las 08:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA" ID Nº 317.861,** cuya Apertura Físicas de los sobres de ofertas se realizó en fecha 15 de diciembre de 2016. El llamado cuenta con **Resolución DGOC Nº 1054/2016** de fecha 18 de octubre de 2016 **"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA" ID Nº 317.861.-**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G. "POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES",** las que se mencionan a continuación:

- **Abg. Roberto Ledesma**, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Abg. Gustavo Caballero,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Sra. Gloria Vega,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Ing. Paola Ferrari,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Abg. Marco Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.
- **Gustavo Cuevas,** representante de la Dirección de Biomédica de la DGGIES. – M.S.P.B.S.

### 1. ANTECEDENTES:

Por Nota D.G. N° 791/2016, de fecha 13 de setiembre de 2016, el Prof. Dr. Aníbal Filártiga, Director General del Hospital del Trauma Manuel Giagni, remite la planilla con el listado completo del equipamiento necesario para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA".

Por memorándum DPP N° 1379/16 de fecha 26 de setiembre de 2016, el Departamento de PAC y PRESUPUESTO comunica al Departamento de Licitaciones que el llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA" ID Nº 317.861.-

Por Nota DL 348/16 de fecha 18 de octubre de 2016, el Departamento de Licitaciones comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA" ID Nº 317.861.-

### 2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que el mismo cuenta con PAC Institucional Nº 317.861/2016, por un importe total de G. 4.999.200.000.- (guaraníes cuatro mil, novecientos noventa y nueve millones, doscientos mil) según el Programa Anual de Contrataciones y la Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta, y con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 3300/2016 por un importe de Gs 999.840.000.- (guaraníes novecientos noventa y nueve millones, ochocientos cuarenta mil). -

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Caballero
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

## 3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

En fecha 14 de diciembre de 2016 finalizó el proceso a Subasta a Baja Electrónica con ID Nº 317.861 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA", según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID Nº 317.861, Se da lectura al Acta de Apertura Física de Sobres, de fecha 15 de diciembre de 2016, observándose la recepción de 06 (SEIS) ofertas, las que se detallan a continuación:

1. **ALBATROS S.A.C.I.** — **Gs. 2.905.759.597**
   Aseguradora: ASEGURADORA DEL PARAGUAY S.A. ASEPASA
   Monto: Gs.105.000.000.-
   Póliza Nº: 18.1508.0012369.0000.-
   Vigencia: Desde el 12/12/2016 al 20/06/2017.
   FOLIADO DEL 001 AL 103.-

2. **CATÉTERES Y AFINES S.A.** — **Gs. 247.500.000.-**
   Aseguradora: REGIONAL S.A. DE SEGUROS S.A.-
   Monto: Gs. 10.500.000.-
   Póliza Nº: 49.15088.0000743.0000.-
   Vigencia: Desde el 13/12/2016 al 22/05/2017.
   FOLIADO DEL 001 AL 356.-

3. **IMESE S.A.** — **Gs. 2.231.950.000.-**
   Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
   Monto: Gs. 79.500.000.-
   Póliza Nº: 007.1508.038164/000
   Vigencia: Desde el 14/12/2016 al 02/06/2017.
   FOLIADO DEL 001 AL.133.-

4. **ARGÓN S.R.L.** — **Gs. 1.676.117.975.-**
   Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
   Monto: Gs. 80.000.000
   Póliza Nº: 007.1508.038161/000
   Vigencia: Desde el 14/12/2016 al 12/06/2017.
   FOLIADO DEL 001 AL.119

5. **CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.** — **Gs. 1.517.000.000.-**
   Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
   Monto: Gs.60.000.000.-
   Póliza Nº: 007.1508.038165/000
   Vigencia: Desde el 13/12/2016 al 22/05/2017.
   FOLIADO DEL 001 AL.108.-
   **OBS**.: Presenta 1 (una) copia

6. **FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.** — **Gs. 2.896.999.891.-**
   Aseguradora: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
   Monto: Gs. 138.000.000.-
   Póliza Nº: 36.1508.0004797.0000
   Vigencia: Desde el 12/12/2016 al 01/06/2017.
   FOLIADO DEL 001 AL 066.-

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Ingeniería Tecnológica
Dirección Biomédica

Ing. Paola Férrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Eduardo Facciuto, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

OBSERVACIONES AL ACTA:

PAC Nº: 317.861.-

## *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 93/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA".-*

### OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

| | |
|---|---|
| **Empresa** | Falcon Comercial e Industrial SRL |
| **Nombre del Representante Legal** | Rodolfo Jorge Alce Falcon |

**Observaciones:** 1) La empresa Argon SRL en la constancia Nº 1433808 (SICP) consta como INACTIVO los documentos 036- Certificado de cumplimiento Tributario y el 007- Impuesto al valor Agregado

2) La empresa Albatros SACI en la cama eléctrica presentada en el catálogo figura angulación de rodilla indica 0-45° cuando el PBC figura 0°-30° +/- 5°. ademas no indica poseer CPR en forma manual.

Falcon SRL
Alce Falcon

***Con relación a las observaciones realizadas por la firma FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. contra la firma ARGÓN S.R.L., se puede constatar que el Certificado de cumplimiento tributario se encuentra en folio 14 y el Impuesto al valor agregado en folio 41 de su oferta original Y con relación a la observación sobre la firma ALBATROS S.A.C.I., en cuanto a ese ítem se le descalificó conforme al punto 9 del presente informe.***

Abog. Arnaldo O. Jaramillo
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ

## 4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* ***2.*** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* ***3.*** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* ***4.*** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

Que luego de un análisis de las documentaciones legales de **carácter sustancial** presentadas por las firmas oferentes, afectadas por esta adjudicación, en el marco de la contratación de referencia, consideramos lo siguiente:

| N° DE ORDEN | EMPRESA | Formulario Oferta y Planilla de Precios | Garantía de Mantenimiento de Oferta | Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta | Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBATROS S.A.C.I. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CATÉTERES Y AFINES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | IMESE S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | ARGÓN S.R.L | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | CHACO´I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**Verificación Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve *"El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03" ....***

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

**Inciso a)**

Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

**Inciso b)**

Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Abog. Víctor E. Giménez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Paola Ferrari Franco
Dto. de Licitaciones
Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Giselle Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

- Por **NOTA Comisión Evaluadora,** de fecha 02 de enero de 2017, se le solicitó a la **Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos** lo siguiente:

La verificación en los registros de la base de datos del SINARH, los oferentes cuyas cedulas de identidad remitimos adjunto, si se encuentran comprendidos entre dichas prohibiciones.

**RESPUESTA:** La Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos remite el informe solicitado por Nota D.P.RR.HH. N° 04/2017, del cual surge que los mismos no se hallan comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, inc. a) y b), de la Ley Nº 2051/2003, según lo siguiente:

**A DIRECCION DE PLANEAMIENTO**:

En el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 93/2016 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA"., ID Nº 317.861, y en cumplimiento a la Resolución DNCP N° 849/15, la Dirección General Operativa de Contrataciones – UOC NIVEL CENTRAL, solicita en el Expediente **D.G.RR. HH N° 385/2017**, la verificación en el SINARH de los datos de las personas citadas más abajo:

ROLF WALTER THIEDE FRIESEN, C.I. N° 572.213
PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL, C.I. N° 2.471.745
PATRICIA NOEMI FONTENLA MELETTI, C.I. N° 1.909.704
ELENA ROSALIA ROMERO MORALES, C.I. N° 3.193.292
BRUNELLA AYALA FONTENLA, C.I. N° 4.537.013
CARLOS JOSE BENITEZ ROLON, C.I. N° 2.921.233
FERNANDO NICOLAS BENITEZ ROLON, C.I. N° 3.634.303
MIGUEL ESTEBAN CALVO VILLALBA, C.I. N° 917.418
LOURDE GUADALUPE RIVAROLA PAREDES, C.I. N° 744.782
RAMON DEJESUS BOGARIN CAREAGA, C.I. N° 752.180
CARLOS ROBERTO GONZALEZ, C.I N° 657.054
NORA ELIZABETH PEDROZO RODRIGUEZ, C.I. N° 1.481.253
GUMERCINDO PEDROZO RODRIGUEZ, C.I. N° 1.874.253
JUAN BLADIMIRO ARCE FALCON, C.I. N° 106.018 – **REGISTRA COMO JUBILADO**
BEATRIZ GODOY DE ARCE, C.I. N° 202.690
CHRISTIAN VIDAL ARCE GODOY, C.I. N° 923.855
RODOLFO DARIO ARCE GODOY, C.I. N° 1.167.297
WALTER DENIS ARCE GODOY, C.I N° 1.167.298
VIVIAN LISETTE CONCEPCION ARCE GODOY, C.I. N° 1.477.658
DANIEL ARMANDO ELIZAUR GAUNA, C.I. N° 1.782.156
EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO, C.I. N° 306.831
CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, C.I. N° 2.014.455
ENZO FEDERICO BELOCIO, C.I. N° 7.879.868

Al respecto, cumplo en informar que, a la fecha, las mismas no registran datos activos en el SINARH, adjunto impresión de pantalla.

Se eleva informe a la Sra. Directora para los fines pertinentes.

03/01/2017

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Informática Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Lopez Galeano, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

## 5. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOLICITADAS

De conformidad al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y al IAO N° 28, con el objeto de aclarar la oferta presentada y completar la documentación adicional requerida en el PBC., se requirió lo siguiente, en el plazo perentorio de 24 hs. a la empresa.

**Firma: CATÉTERES Y AFINES S.A.**

**Fecha: 15 de diciembre de 2016**

- Indicar el número de página del catálogo presentado en su oferta, a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los ítems ofertados.
- Copia simple de Cédula de Identidad de todos los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales. -
  *El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.*

**Respuesta: La firma respondió las consultas en tiempo y forma**

**Firma: IMESE S.A.**

**Fecha: 15 de diciembre de 2016**

- Indicar el número de página del catálogo presentado en su oferta, a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los ítems ofertados.
- Copia simple de Cédula de Identidad de todos los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales. -
  *El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.*

**Fecha: 02 de enero de 2017**

- Balance de los tres últimos años 2013, 2014 y 2015.

**Respuesta: La firma respondió la consulta en tiempo y forma**

**Firma: FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL**

**Fecha: 15 de diciembre de 2016**

- Indicar el número de página del catálogo presentado en su oferta, a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los ítems ofertados.
- Copia simple de Cédula de Identidad de todos los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales. -
  *El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.*
- Desglose de precio unitario del ítem N° 2 y 3
  El pedido obedece conforme a lo dispuesto en los criterios de evaluación de la Sección II. del Pliego de Bases y Condiciones punto d) Análisis del precio ofertado, y al Art. 135 de la Ley 5554/16. –

**Fecha: 29 de diciembre de 2016**

- Constancia de Autorización de importación y comercialización de los dispositivos médicos dentro del territorio nacional.

**Respuesta: La firma respondió las consultas en tiempo y forma**

**Firma: ARGÓN SRL**

**Fecha: 15 de diciembre de 2016**

- Indicar el número de página del catálogo presentado en su oferta, a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los ítems ofertados.
- Copia simple de Cédula de Identidad de todos los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales. -

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Gustavo Chavez
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Valdez, Director
Dirección de Distribuciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

*El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.*

- Desglose de precio unitario del ítem N° 2, 11 y 13.
  El pedido obedece conforme a lo dispuesto en los criterios de evaluación de la Sección II. del Pliego de Bases y Condiciones punto d) Análisis del precio ofertado, y al Art. 135 de la Ley 5554/16. –
- Certificado de Origen del ítem N° 4 y 13 emitido por el MIC. Conforme a lo establecido en la Ley 4558/11 y decreto 9649/12.

**Respuesta: La firma respondió la consulta en tiempo y forma**

**Firma: CHACO´I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**

**Fecha: 15 de diciembre de 2016**

- Indicar el número de página del catálogo presentado en su oferta, a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los ítems ofertados.
- Copia simple de Cédula de Identidad de todos los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales. -
  *El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.*

**Respuesta: La firma respondió la consulta en tiempo y forma**

**Firma: ALBATROS SACI**

**Fecha: 15 de diciembre de 2016**

- Indicar el número de página del catálogo presentado en su oferta, a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los ítems ofertados.
- Copia simple de Cédula de Identidad de todos los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales. -
  *El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.*
- Desglose de precio unitario del ítem N° 3 y 11.
  El pedido obedece conforme a lo dispuesto en los criterios de evaluación de la Sección II. del Pliego de Bases y Condiciones punto d) Análisis del precio ofertado, y al Art. 135 de la Ley 5554/16. –

**Respuesta: La firma respondió la consulta en tiempo y forma**

## 6. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

| | ALBATROS S.A.C.I. | CATÉTERES Y AFINES S.A. | IMESE S.A. | ARGÓN S.R.L | CHACO´I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
| **Documentos legales** **Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Documentos legales** **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.** | | | | | | |
| Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Trinidad Giménez
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. Trinidad Giménez, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Gustavo Cuevas
Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | ALBATROS S.A.C.I. | CATÉTERES Y AFINES S.A. | IMESE S.A. | ARGÓN S.R.L | CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
| Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | | | | | | |
| Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Oferentes en Consorcio.** | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.** | | | | | | |
| Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Documentos que demuestren que los Bienes o Servicios se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación, de conformidad con las cláusulas 18 y 30 de las IAO** | | | | | | |
| Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Especificaciones Técnicas descriptas en el Formulario N° 3 Formulario de Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO** | | | | | | |
| Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (equipos médicos, equipos biomédicos, insumos para equipos médicos, insumos para equipos biomédicos, o prestación de servicio técnico para equipos de la misma naturaleza) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Cabañas, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Gustavo Chaparro
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biométrica

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | ALBATROS S.A.C.I. | CATÉTERES Y AFINES S.A. | IMESE S.A. | ARGÓN S.R.L | CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
| en cantidad y tiempo solicitado, otorgado por el representante legal en el país. | | | | | | |
| **Documentos Adicionales.** | | | | | | |
| Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2013, 2014 y 2015). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Balance de los tres últimos años 2013, 2014 y 2015. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Copia Autenticada Patente Municipal Vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de cumplimiento tributario Vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. | | | | | | |
| Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Habilitación como importador de dispositivos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S. vigente.- | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Constancia de Habilitación de Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos, emitido por el M.S.P Y B.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de Capacitación Técnica del personal Técnico de la empresa, emitido por el Fabricante | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| El Oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Constancia de Autorización de importación y comercialización de los dispositivos médicos dentro del territorio nacional. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Osvaldo Galeano, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

## 7. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresas Oferentes en el marco de la presente licitación pública, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, realizado por la Sra. Gloria Vega

| FALCÓN IND. Y COM. S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2013 | Índice | 2014 | Índice | 2015 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | ACTIVO CORRIENTE | 5.474.296.109 | 3,40 | 5.664.802.307 | 4,24 | 7.654.967.948 | 2,36 | 3,33 | Cumple |
| | PASIVO CORRIENTE | 1.611.055.099 | | 1.337.427.183 | | 3.243.719.283 | | | |
| Endeudamiento | PASIVO TOTAL | 1.611.055.099 | 0,29 | 1.337.427.183 | 0,23 | 3.243.719.283 | 0,41 | 0,31 | Cumple |
| | ACTIVO TOTAL | 5.572.673.454 | | 5.757.354.665 | | 7.820.595.747 | | | |
| Rentabiliad | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 441.113.603 | 0,28 | 456.503.130 | 0,29 | 157.747.688 | 0,10 | 0,22 | Cumple |
| | CAPITAL | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | | | |

| ALBATROS S.A.C.I. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2013 | Índice | 2014 | Índice | 2015 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | ACTIVO CORRIENTE | 20.707.958.770 | 1,21 | 9.329.622.462 | 2,16 | 6.509.317.122 | 4,41 | 2,59 | Cumple |
| | PASIVO CORRIENTE | 17.135.144.668 | | 4.323.311.830 | | 1.475.439.642 | | | |
| Endeudamiento | PASIVO TOTAL | 17.678.041.655 | 0,84 | 4.849.203.430 | 0,51 | 2.095.001.886 | 0,26 | 0,54 | Cumple |
| | ACTIVO TOTAL | 20.978.909.098 | | 9.500.666.036 | | 8.077.998.603 | | | |
| Rentabiliad | UTILIDAD D/ IMPUESTOS | 598.626.394 | 0,36 | 1.828.958.190 | 1,11 | 3.098.648.530 | 1,88 | 1,12 | Cumple |
| | CAPITAL | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | | |

| CHACO'I I.C.S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2013 | Índice | 2014 | Índice | 2015 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 911.104.134 | 2,79 | 711.563.350 | 5,80 | 641.375.180 | 10,05 | 6,21 | Cumple |
| | Pasivo corriente | 326.938.873 | | 122.763.809 | | 63.786.900 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 326.938.873 | 0,35 | 122.763.809 | 0,17 | 63.786.900 | 0,10 | 0,20 | Cumple |
| | Activo total | 932.470.963 | | 732.930.179 | | 660.345.180 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 40.470.788 | 0,20 | 4.634.280 | 0,02 | 3.583.001 | 0,02 | 0,08 | Cumple |
| | Capital | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |

| ARGÓN S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2013 | Índice | 2014 | Índice | 2015 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | Activo Corriente | 18.343.158.270 | 3,73 | 17.960.625.374 | 5,26 | 17.980.830.443 | 7,43 | 5,47 | Cumple |
| | Pasivo Corriente | 4.921.011.604 | | 3.414.800.297 | | 2.418.648.429 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 5.087.440.231 | 0,26 | 3.581.228.924 | 0,19 | 2.460.257.724 | 0,13 | 0,19 | Cumple |
| | Activo Total | 19.702.890.344 | | 19.160.739.357 | | 19.023.148.003 | | | |
| Rentabilidad | Utilidad D/ Impuesto | 3.432.926.773 | 1144,31 | 908.083.296 | 302,69 | 1.461.700.819 | 487,23 | 644,75 | Cumple |
| | Capital | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Informática Tecnológica
M.S.P. Y B.S.



ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Adquisiciones - DGAJ
M.S.P.B.S

| CATETERES Y AFINES S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2013 | Índice | 2014 | Índice | 2015 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | Activo Corriente | 6.591.035.186 | 89,88 | 10.641.047.227 | 3,05 | 1.250.458.628 | 0,43 | 31,12 | Cumple |
| | Pasivo Corriente | 73.330.294 | | 3.483.306.004 | | 2.937.641.900 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 73.330.294 | 0,01 | 3.483.306.004 | 0,29 | 3.398.160.219 | 0,19 | 0,16 | Cumple |
| | Activo Total | 7.975.386.720 | | 11.967.691.622 | | 18.215.164.273 | | | |
| Rentabilidad | Utilidad D/ Impuesto | 2.397.993.737 | 2,40 | 1.447.900.131 | 0,24 | 5.967.791.490 | 0,99 | 1,21 | Cumple |
| | Capital | 1.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | | |

| IMESE S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2013 | Índice | 2014 | Índice | 2015 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | Activo Corriente | 10.048.494.048 | 2,21 | 4.198.448.251 | 8,16 | 15.364.396.363 | 1,72 | 4,03 | Cumple |
| | Pasivo Corriente | 4.548.827.147 | | 514.436.309 | | 8.946.648.671 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 4.548.827.147 | 0,41 | 514.436.309 | 0,08 | 8.946.648.671 | 0,52 | 0,34 | Cumple |
| | Activo Total | 11.103.464.075 | | 6.061.226.275 | | 17.240.593.971 | | | |
| Rentabilidad | Utilidad D/ Impuesto | 148.920.914 | 0,05 | 147.738.800 | 0,05 | 2.837.463.218 | 1,01 | 0,37 | Cumple |
| | Capital | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | | |

## 8. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes, cuantificando por empresa los contratos de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares, cuya sumatoria de los **3 (tres) últimos años (2013-2014-2015)** deben arrojar un monto igual o mayor al 25% del monto total ofertado, de conformidad a la *SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (b) Experiencia y Capacidad Técnica,* establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

| EMPRESA | MONTO TOTAL OFERTADO | 25% DEL MONTO OFERTADO | CONTRATOS EJECUTADOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FALCÓN IND. Y COM. | 2.896.999.891 | 724.249.973 | 1.739.035.506 | CUMPLE |
| ALBATROS S.A.C.I. | 2.905.759.597 | 726.439.899 | 7.695.718.898 | CUMPLE |
| CHACO T ICSA | 1.517.000.000 | 379.250.000 | 31.008.085.400 | CUMPLE |
| ARGON SRL | 1.676.117.975 | 419.029.494 | 579.090.000 | CUMPLE |
| CATETERES Y AFINES S.A. | 247.500.000 | 61.875.000 | 3.498.882.800 | CUMPLE |
| IMESE S.A. | 2.231.950.000 | 557.987.500 | 16.372.000.000 | CUMPLE |

## 9. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro de las verificaciones técnicas conforme al INFORME TÉCNICO, realizado por el Lic. Gustavo Cuevas de la Dirección de Biomédica dependiente de la Dirección General en Gestión de Insumos Estratégicos, conforme a la Sección II. Criterios de Evaluación y la Sección III. Suministros requeridos. Especificaciones Técnicas, de acuerdo al cuadro comparativo.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Cañete G., Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.



ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Gustavo Cañete G., Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 1 se deja constancia que ante el incumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.**, se procedió al análisis de la Segunda Mejor Oferta, correspondiente a la firma **IMESE S.A.**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas, razón por la cual no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. | IMESE S.A. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMA MANUAL PARA PACIENTE | COMPONENTES: | | |
| | | Cama manual para paciente | | |
| | | Marca: | LOS PINOS | HILL-ROM |
| | | Modelo: | **NO CUMPLE**, en cuanto al modelo ofertado, debido a que existe una discrepancia en el acta de la subasta dice Marca Los Pinos, modelo 800 series, en la planilla de precios no indica el modelo ofertado, y en el catálogo presentado dentro de la oferta en folio 21 indican CAMA MANUAL 800 SL BC y en la aclaración presentada en folio 4 resaltan especificaciones de un modelo 800 SL BC.<br>Verificando la página WEB: http://www.lospinos-sa.com/site/producto.php?mod_pk=manual_beds&maq_pk=8001, se constata que los modelos serie 800 corresponde a camas manuales con **Capacidad de carga de 180 kg en movimiento** con lo que **NO** está cumpliendo con las exigencias del PBC de 200Kg como mínimo además la longitud del lecho es de 190cm y no cumple con el requerimiento de 206cm +/-5cm.<br>Se observa también que en la fotografía del catálogo presentado corresponde al modelo 700SL; la que tampoco cumple con la capacidad de peso y no cuenta con los movimientos de trendelemburg y su inversa tal como se solicita en el PBC. | 305 |
| | | Movimientos de las articulaciones de la cama comandados manualmente mediante 3 (tres) manivelas, como mínimo. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | **Certificados de Calidad: ISO 9001, CE, ISO 13485, FDA, Normas Mercosur, JIS, al menos 2 de ellas. Especificar cuáles normas** | SI CUMPLE, ISO 13485, FDA y CE | SI CUMPLE |
| | | Dimensiones de la cama: | - | |
| | | **Longitud: 230 cm. +/- 10 cm.** | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Ancho con barandas abajo: 90 cm. +/- 5 cm. | **NO CUMPLE**, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Ancho con barandas arriba: 110 cm. +/- 5 cm. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Dimensiones del lecho del paciente: | | |
| | | Longitud: 206 cm. +/- 5 cm. | **NO CUMPLE**, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Ancho: 90 cm. +/- 5 cm. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | **Ruedas de 13 cm +/- 1 cm de diámetro**. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Inclinación de la cabeza mediante manivela: 70° o mayor.<br>Inclinación de la rodilla mediante manivela: 25° o mayor.<br>Altura de la cama regulable mediante manivela. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Altura mínima: 42 cm. +/- 5 cm. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Altura máxima: 75 cm. +/- 5 cm. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Trendelemburg: 12° o mayor. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Trendelemburg inversa: 12° o mayor. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Indicador de ángulo de trendelemburg y trendelemburg inversa | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Barandas retráctiles con palanca de liberación sin espacio intermedio para evitar caídas o que el paciente quede atrapado.**Barandas Laterales de plástico resistente o de acero con acabado de pintura epoxi electrostático** | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Contrataciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

| | | | FALCÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. | IMESE S.A. |
|---|---|---|---|---|
| | | Debe permitir guardar barandas debajo de la estructura de la cama | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Sistema centralizado de freno y dirección, con accionamiento sobre las ruedas en las cuatro esquinas de la estructura de la cama | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Receptáculos para colocación de porta sueros en las cuatro esquinas de la cama. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Amortiguadores de golpes en las esquinas | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Cabecera y piesera desmontables en un solo paso, resistentes, durables, de plástico moldeado con asas para empuje de la cama | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Capacidad de peso de trabajo de 200 Kg; como mínimo | **NO CUMPLE** | SI CUMPLE |
| | | Dispositivos para soportar bolsas de drenaje en ambos lados de la cama. | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Grado de protección contra ingreso de fluidos IPX4 o mejor. | **NO CUMPLE**, se aclara que la norma IEC 60601 es una serie de normas técnicas para la seguridad y la eficacia de los equipos **eléctricos** médicos, publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional (el equipo solicitado no es eléctrico es manual)<br>En el catálogo presentado hace mención a que cumple con las normas IEC 60601 cumpliendo así con pruebas IPX4, lo cual es incorrecto, las pruebas IPX4 corresponde a Chorros de agua: "No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y durante más de cinco minutos" y corresponde a la norma IEC 60529 y no a la serie mencionada en el catálogo. | SI CUMPLE |
| | | **Accesorios por cada cama** | | |
| | | Un colchón original, de la misma marca que la cama con sistema de espuma de poliuretano monodenso de alta resistencia | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Forro de poliuretano impermeable, transpirable, con tratamiento bacteriostático y fungistático, fácil de limpiar y desinfectar | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | Colchón reversible, utilizable en ambas caras. El colchón deberá tener un espesor de 15 cm +/- 2 cm, y deberá adaptarse perfectamente a las dimensiones de la cama ofertada | **NO CUMPLE**, no menciona que sea reversible utilizable en ambas caras | SI CUMPLE |
| | | 1 (un) Porta sueros de altura regulable | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |
| | | 1 (un) Manual de operación de usuario | SI CUMPLE, Modelo 800serie | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 2 se deja constancia que la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con todas las especificaciones técnicas, razón por la cual no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 2 | **CAMILLAS PARA TRAUMA** | Cantidad: | 29 |
| | | Marca: | SIGMA-CARE |
| | | Modelo: | BT-800 |
| | | Procedencia: | TAIWAN |
| | | Construcción acorde a normas internacionales CE, FDA y/o normas del Mercosur. | SI CUMPLE |
| | | **Ruedas de entre 15 cm y 21 cm de diámetro, con sistema de frenos centralizado activado por pedal.** | SI CUMPLE |
| | | **Sistema centralizado de frenos con posiciones de Dirección, Freno y Libre, accionado desde dos esquinas de la misma, como mínimo** | SI CUMPLE |
| | | Respaldar asistido por sistema de amortiguación, de ángulo regulable de entre 0° a 90° | SI CUMPLE |

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS -

Abog. Roberto C. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ing. Mistavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Contrataciones DGAF
M.S.P. B.S.

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| | | **Ajuste de altura accionado por pedales desde posición baja de 65 cm o menor y hasta posición alta de 85 cm o mayor** | SI CUMPLE |
| | | Colchón de alta densidad 10 cm o mejor y 65 x 190 cm o mejor de superficie de paciente. | SI CUMPLE |
| | | **Barandas laterales abatibles o plegables.** | SI CUMPLE |
| | | Porta suero en acero inoxidable, propio del equipo. **Una unidad que debe ser fácilmente extraíble y de altura regulable** | SI CUMPLE |
| | | Trendelemburg accionado desde los pedales | SI CUMPLE |
| | | **Trendelemburg/Trendelemburg inverso +- 14° o mayor.** | SI CUMPLE |
| | | **Longitud total de la cama de 211 cm o menor** | SI CUMPLE |
| | | Ancho total de la cama con barandas arriba de 90 cm o menor | SI CUMPLE |
| | | Ancho total de la cama con barandas abajo de 76 cm o mejor | SI CUMPLE |
| | | **Soporte de pacientes de hasta 220 Kilogramos o mayor** | SI CUMPLE |
| | | Lecho radiolúcido a lo largo de toda la camilla | SI CUMPLE |
| | | Portachasis radiográfico longitudinal a lo largo de toda la camilla. **Cualquier dispositivo que permita deslizar y posicionar el portachasis de RX a lo largo de la camilla** | SI CUMPLE |
| | | **Poseer soporte o alojamiento para cilindro de oxígeno** | SI CUMPLE |
| | | Colchon impermeable sin costuras, original del fabricante | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 3 se deja constancia que, ante el incumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera y segunda mejor oferta, correspondientes a las empresas **ALBATROS SACI y FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.**, se procedió al análisis de la tercera Mejor Oferta, correspondiente a la firma **CHACO'I I.C.S.A.**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas.

| | | | ALBATROS S.A.C.I. | FALCÓN S.R.L. | CHACO'I I.C.S.A |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **CAMAS ELECTRICAS PARA INTERNACION EN SALA** | Marca: | ADVANCED | LOS PINOS | STRIKER |
| | | Modelo: | B - 1000 PRO | **NO CUMPLE**, en cuanto al modelo ofertado, debido a que existe una discrepancia en el acta de la subasta dice Marca Los Pinos, modelo ORION SERIES, en la planilla de precios no indica el modelo ofertado, y en el catálogo presentado el modelo ORION se divide en 2 tipos diferentes, serie 840 y serie 860, los cuales a su ves se dividen en 840-252; 840-238 y 860-252; 860-238. Lo cual imposibilita el estudio tecnico de lo ofertado. | SV1 |
| | | Origen: | USA | COLOMBIA | USA |
| | | Año de Fabricación: | 2016 | 2016 | 2016/2017 |
| | | Certificados de Calidad: CE, ISO 13485, FDA, Normas Mercosur, JIS, al menos 2. Especificar cuales normas. | **NO CUMPLE**, ISO 13485 cumple pero se pide al menos dos normas de las citadas en el PBC, cumplen ademas con norma TUV, la cual no se solicita. | SI CUMPLE, ISO 13845, FDA, CE | SI CUMPLE, ISO 13845, FDA, ANVISA |
| | | **Componentes** | - | - | - |
| | | Estructura de acero. Pintura electrostática. | **NO CUMPLE**; Estructura en acero no especifica tipo de pintura | SI CUMPLE, estructura en acero y pintura epoxi electrostatica | SI CUMPLE, estructura en acero y pintura epoxi electrostatica |
| | | Superficie del paciente dividida en cuatro secciones o más. | SI CUMPLE; Dividida en 4 secciones | SI CUMPLE; Dividida en 4 secciones | SI CUMPLE; Dividida en 4 secciones |
| | | Superficie radio lúcida con porta chasis para Rayos X. | NO CUMPLE; superficie de plastico con enlace flexible se supone radiotraslucida, no cuenta con porta chasis para Rayos X | SI CUMPLE; superficie radiotraslucida; accesorio porta chasis para rayos X torax | SI CUMPLE; superficie radiotraslucida; accesorio porta chasis para rayos X |
| | | Cuatro o más accionadores eléctricos que permitan ajustar la cama a todas las posiciones requeridas. | SI CUMPLE; 6 accionamientos electricos: respaldo arriba/abajo, pierna arriba/abajo, cama arriba/abajo, Trendelenburg e inverso, CPR con boton de reinicio y bloqueo de funciones. | SI CUMPLE; 6 accionamientos electricos: respaldo arriba/abajo, pierna arriba/abajo, cama arriba/abajo, Trendelenburg e inverso, CPR con boton de reinicio y bloqueo de funciones. | SI CUMPLE; 6 accionamientos electricos: respaldo arriba/abajo, pierna arriba/abajo, cama arriba/abajo, Trendelenburg e inverso, CPR con boton de reinicio y bloqueo de funciones. |
| | | Barandas laterales retráctiles con palanca de liberación. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Cantero
Director
Dirección de Suministros - DGA
M.S.P. y B.S.

Abog. Ignacio Giménez G.
Asesor Jurídico
S.P. y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe de Información Tecnológica
Ingeniero Biomédica

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

| | | | ALBATROS S.A.C.I. | FALCÓN S.R.L. | CHACO'I I.C.S.A |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Barandas laterales abatibles en un solo movimiento y con dos barandales en la sección de la cabeza y dos en la sección de los pies.** | | | |
| | | Panel de control de movimientos embutido en las barandas laterales. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Control remoto para enfermería. | **NO CUMPLE** | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Debe contar con batería de respaldo, con indicador de carga de la batería. | SI CUMPLE, Batería 52horas | SI CUMPLE, Batería por un día de trabajo | SI CUMPLE |
| | | **Poseer sistema de RCP mecánico y eléctrico** | **NO CUMPLE,** no cuenta con RCP mecanico | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Función CPR manual en ambos lados de la cama. | **NO CUMPLE,** no cuenta con CPR manual | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Función de auto contorno automático, con un solo comando. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Función de bloqueo de la superficie del paciente. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Deberá realizar las siguientes posiciones, con un solo comando: | SI CUMPLE | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Posición silla cardiaca | SI CUMPLE | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Posición para exámen del paceinte | SI CUMPLE | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Posición CPR, eléctrico | SI CUMPLE | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Posición para egreso del paciente | SI CUMPLE | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Posición del respaldo de la cama en ángulo de 30° (Semi Fowler) | SI CUMPLE, | SI CUMPLE, modelo ORION SERIES 860-252 | SI CUMPLE |
| | | Trendelenburg / Trendelenburg inverso. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Cabecera y piesera, extraíbles en un solo paso. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Sistema centralizado de freno y dirección, con accionamiento desde cualquiera de las cuatro ruedas. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Dimensiones totales de la cama: | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Longitud: 220 cm. +/- 10 cm. | SI CUMPLE; 218,4cm | SI CUMPLE; 220cm | SI CUMPLE; 220cm |
| | | Ancho: 95 cm. +/- 10 cm. | SI CUMPLE; 104,1cm | SI CUMPLE; 105cm | SI CUMPLE; 99cm |
| | | Altura ajustable: | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Altura mínima: 36 cm. +/- 5 cm. | **NO CUMPLE**, 49,5cm | SI CUMPLE; 39cm | SI CUMPLE; 37cm |
| | | Altura máxima: 75 cm. +/- 5 cm. | SI CUMPLE, 71,1cm | SI CUMPLE; 77cm | SI CUMPLE; 75cm |
| | | Trendelenburg / Trendelenburg inverso, con indicador de ángulo: 12° +/- 2°. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Angulo de elevación de la espalda, con indicador de ángulo: 0 – 65° +/- 5 °. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Angulo de elevación de la rodilla: 0 – 30° +/- 5°. | **NO CUMPLE**. EN SU CATALOGO AL DORSO DE LA PAG 35 DICE 0-45° Y EN LA ACLARACION PRSENTADA EN SU CUADRO DE EETT DICE LO MISMO. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Capacidad de carga: 220 Kg. o mayor. | SI CUMPLE, 250kilos | SI CUMPLE, 230kilos | SI CUMPLE, 230kilos |
| | | Soportes para bolsas de drenaje. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

Ing. Pablo E. Giménez
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Dpto. Gustavo Ramírez Director
Dirección de Finanzas - DGAJ
M.S.P.B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS



ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Asistencial

| | | | ALBATROS S.A.C.I. | FALCÓN S.R.L. | CHACO'I I.C.S.A |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Luz nocturna, para iluminación debajo de la cama. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Diámetro de las ruedas: 15 cm. o mayor. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Receptáculos para porta suero en las 4 esquinas, debe incluir un porta suero de altura regulable. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Paragolpes en las cuatro esquinas de la cama. | **NO CUMPLE** | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Colchón original, de 15 cm de espesor (+-3 cm), con funda de poliuretano impermeable, completamente hermético, resistente a la humedad, bacteriostático y fungistático. **Debe ser de la misma marca del fabricante de la cama, garantizar una carga segura de 200 kg., como mínimo.** | **NO CUMPLE, no especifica que sea de la misma marca ni da datos tecnicos para el estudio del colchon** | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Nivel de protección contra ingreso de líquidos, IPX4 o mejor. | **NO CUMPLE, no especifica que sea de la misma marca ni da datos tecnicos para el estudio del colchon** | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | Sistema eléctrico: 220V 50-60 Hz. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | **Se podrán cotizar camas con cualquier sistema para indicación de ángulos solicitados** | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 4 se deja constancia que la única oferta, correspondiente a la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con todas las especificaciones técnicas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 4 | **Camilla Móvil con Colchones** | **Descripción General** | SI CUMPLE |
| | | De estructura metálica en acero tubular | SI CUMPLE |
| | | Pintada con pintura electroestática resistente a golpes y corrosión | SI CUMPLE |
| | | Respaldero rebatible y ajustable en forma manual | SI CUMPLE |
| | | 1 (uno) soporte portasuero con doble servicio regulable y ajustable de forma manual | SI CUMPLE |
| | | Barandas de ambos lados | SI CUMPLE |
| | | Colchoneta forrada en tela vinílica lavable | SI CUMPLE |
| | | Cuatro ruedas giratorias y dos de ellas con freno | SI CUMPLE |
| | | Medidas desde 2.10m. x 0.60m. x 0.85m. | SI CUMPLE |
| | | (Un) Manual de operación de usuario y 1 (un) Manual técnico del equipo, ambos en idioma español | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 5 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **ARGON S.R.L.**, no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 5 | **Cardiodesfibrilador** | Marca: | CU MEDICAL |
| | | Origen: | COREA |
| | | Año de Fabricación: | 2016 |
| | | Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: | SI CUMPLE |
| | | **Componentes** | SI CUMPLE |
| | | Desfibrilador bifásico con modalidad manual y DEA. | SI CUMPLE |
| | | **Selección de energía de 2 hasta 200 julios mediante botones en el panel del equipo o en las palas.** | SI CUMPLE |
| | | **Formas de descargas de energía graduable bifásica exponencial truncada automática mediante protocolos configurables para adultos o pediátricos.** | SI CUMPLE |
| | | Visualización en pantalla de la energía en julios, seleccionada y aplicada. | SI CUMPLE |
| | | Modo sincronizado del desfibrilador con la onda R del paciente. | SI CUMPLE |
| | | Desfibrilación mediante paletas externas tamaños adulto y pediátrico, provistas de indicador de descarga y disparador manual. | SI CUMPLE |
| | | Monitorización a través de cable de ECG de 3 derivaciones, palas o electrodos de manos libres, seleccionables desde el panel frontal. | SI CUMPLE |

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Gustavo Daniel Gaona
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Daniel Gaona
Dirección de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| | | **Como mínimo deberá registrar las derivaciones I, II y III, mediante las palas o parches, para monitoreo** | SI CUMPLE |
| | | **Deberá desplegar 2 (dos) canales de ECG en pantalla, como mínimo** | SI CUMPLE |
| | | Señal de ECG con protección contra el desfibrilador. | SI CUMPLE |
| | | Frecuencia cardiaca de 0 a 300 latidos por minuto. | SI CUMPLE |
| | | Alarma de frecuencia cardiaca seleccionable por el usuario. | SI CUMPLE |
| | | Asistencia durante maniobras de RCP con medición de profundidad, frecuencia y perfusión estimada de las compresiones. | SI CUMPLE |
| | | Con indicaciones audibles y visuales de las maniobras. | SI CUMPLE |
| | | Indicador de recuperación en la maniobra de RCP | SI CUMPLE |
| | | Filtro para eliminación del ruido del ECG relacionado con las maniobras de RCP. | SI CUMPLE |
| | | **Monitor con pantalla de cristal líquido LCD de alta resolución de 5,7 pulgadas o mayor.** | SI CUMPLE |
| | | Batería interna recargable con autonomía de 4 horas de monitorización de ECG o 100 descargas de 200 julios, o 3 Horas de estimulación de pulsaciones para reanimación. | SI CUMPLE |
| | | Con marcapasos transcutáneo externo con modos de funcionamiento **fijo como mínimo** y además con las siguientes características: | SI CUMPLE |
| | | Frecuencia de pulsos 30 a 180 pulsos por minuto. | SI CUMPLE |
| | | Corriente pulsada de 0 a 140 mA | SI CUMPLE |
| | | Precisión +/- 10%. | SI CUMPLE |
| | | Compatibilidad con redes WIFI. | SI CUMPLE |
| | | Impresora integrada para papel termosensible. | SI CUMPLE |
| | | Accesorios: | SI CUMPLE |
| | | Manual de operaciones. | SI CUMPLE |
| | | Cable de ECG de 3 derivaciones. 1 (uno). | SI CUMPLE |
| | | Paletas para desfibrilación externa para adultos, y pediátricos. | SI CUMPLE |
| | | 2 (dos) Parches para de las maniobras de RCP y para Marcapasos. | SI CUMPLE |
| | | Impresora térmica integrada al equipo. | SI CUMPLE |
| | | 1 (un) papel térmico para impresora. | SI CUMPLE |
| | | Cable de alimentación de tres conductores con enchufe schuko. | SI CUMPLE |
| | | Instalación, puesta en marcha y capacitación al usuario. | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 6 se deja constancia que la única oferta, correspondiente a la empresa **IMESE SA.**, cumple con todas las especificaciones técnicas. -

| | | | IMESE S.A. |
|---|---|---|---|
| 6 | **Ecógrafo Doppler color** | Cantidad: | 1 |
| | | Marca: | ESAOTE |
| | | Modelo: | MYLAB SIX |
| | | Procedencia: | HOLANDA |
| | | **Descripción general:** Equipo de ultrasonido de alta resolución full digital | SI CUMPLE |
| | | Doppler color, para uso en Imagen General, Ginecología, Obstetricia, Vascular y Cardiología. | SI CUMPLE |
| | | Certificados de calidad del equipo ofertado: FDA, CE, JIS, TUV. Al menos dos de ellos, ambos certificados vigentes y del modelo ofertado | SI CUMPLE |
| | | Certificados de calidad y seguridad del fabricante: ISO 9001, ISO 13485. Ambos certificados vigentes. | SI CUMPLE |
| | | Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 3 (tres) año | SI CUMPLE |
| | | Certificado que acredite la experiencia+B9 mínima de 3 (tres) años como proveedor de equipos similares al ofertado, documentando experiencia y capacidad técnica | SI CUMPLE |
| | | Certificado de registro y habilitación de servicio técnico otorgada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | SI CUMPLE |
| | | **Características generales** | SI CUMPLE |
| | | Plataforma modular digital con al menos 20.000 canales de procesamiento digital. | SI CUMPLE |
| | | Monitor de alta resolución LCD con tecnología TFT de 19" como mínimo. | SI CUMPLE |
| | | **Movimiento del monitor: arriba 90° para acomodar visión del usuario, abajo 60° para protección y almacenaje o transporte, izquierda y derecha 90°.** | SI CUMPLE |
| | | Panel de control retro iluminado y pantalla táctil integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo con teclado alfanumérico. | SI CUMPLE |
| | | Panel de control con altura regulable y con movimiento horizontal para mayor confort del usuario. | SI CUMPLE |
| | | Tres puertos activos para conexión de transductores. | SI CUMPLE |
| | | **Frame Rate del sistema de 700 Hz o superior.** | SI CUMPLE |
| | | Botones configurables por el usuario para accesos directos. | SI CUMPLE |
| | | Trackball para movimiento del puntero. | SI CUMPLE |
| | | Modo B. | SI CUMPLE |
| | | Modo M. | SI CUMPLE |
| | | Modo B/B. | SI CUMPLE |
| | | Modo B/M. | SI CUMPLE |
| | | Modo Triplex | SI CUMPLE |
| | | Doppler Pulsado PW. | SI CUMPLE |
| | | Doppler Continuo CW. | SI CUMPLE |
| | | Doppler Tisular espectral. | SI CUMPLE |
| | | Doppler Color. | SI CUMPLE |

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

Abog. Gustavo Cuevas
Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

| | | | IMESE S.A. |
|---|---|---|---|
| | | Doppler de potencia. | SI CUMPLE |
| | | Doppler de potencia direccional. | SI CUMPLE |
| | | Doppler Color Tisular. | SI CUMPLE |
| | | Modo Imagen Harmónica. | SI CUMPLE |
| | | Modalidad de reducción del Speckle de la imagen 2D. | SI CUMPLE |
| | | Modalidad de imagen compuesta con múltiples haces de ultrasonido de hasta 15 líneas. | SI CUMPLE |
| | | Optimización automática de la imagen 2D. | SI CUMPLE |
| | | Medidas automáticas de Doppler. | SI CUMPLE |
| | | Control de compensación de la ganancia TGC de al menos 8 controles. | SI CUMPLE |
| | | Software | SI CUMPLE |
| | | Software en español de entorno amigable | SI CUMPLE |
| | | Con capacidad para revisión de imágenes estáticas y en movimiento, reportes, mediciones e impresiones. | SI CUMPLE |
| | | Capacidad de post-procesamiento de imágenes y vídeos de archivo. | SI CUMPLE |
| | | Dispositivo grabador de CD/DVD integrado al equipo. | SI CUMPLE |
| | | **3 puertos USB para conexión de dispositivos**. | SI CUMPLE |
| | | Formatos avi, bmp, jpeg etc. | SI CUMPLE |
| | | Zoom | SI CUMPLE |
| | | Con capacidad para revisión de imágenes estáticas y en movimiento, reportes, mediciones e impresiones. | SI CUMPLE |
| | | Capacidad de post-procesamiento de imágenes y vídeos de archivo en datos crudos. | SI CUMPLE |
| | | Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine con disco duro de 250 GB o superior. | SI CUMPLE |
| | | Cine Loop de 1000 cuadros o superior. | SI CUMPLE |
| | | **Posibilidad de utilización de transductor transesofágico (OPCIONAL).** | SI CUMPLE |
| | | Software para las siguientes aplicaciones | SI CUMPLE |
| | | Aplicación Imagen General. | SI CUMPLE |
| | | Aplicación Ginecología/Obstetricia. | SI CUMPLE |
| | | Aplicación Cardiológica. | SI CUMPLE |
| | | Aplicación Vascular. | SI CUMPLE |
| | | Paquete de cálculos para Ginecología/Obstetricia Modo B, Modo M y Doppler. | SI CUMPLE |
| | | Paquete de cálculos para Cardiología Modo B, Modo M y Doppler. | SI CUMPLE |
| | | Paquete de cálculos para Vascular Modo B, Modo M y Doppler. | SI CUMPLE |
| | | Software para Visión extendida o Imagen Panorámica con todas las funcionalidades. | SI CUMPLE |
| | | Posibilidad de conectividad DICOM. | SI CUMPLE |
| | | Función de que el equipo sea compatible con impresora Standard. | SI CUMPLE |
| | | Posibilidad de agregar a futuro software para Eco stress. | SI CUMPLE |
| | | Posibilidad de agregar a futuro software para medición del espesor de la Intima media. | SI CUMPLE |
| | | Transductores | SI CUMPLE |
| | | Observaciones: Los transductores a cotizar deberán ser capaces de alcanzar el rango de frecuencias especificadas. | SI CUMPLE |
| | | Se establecen los límites inferior y superior respectivamente en Mhz. | SI CUMPLE |
| | | Se podrá ofertar transductores que superen los límites establecidos. | SI CUMPLE |
| | | Transductores multifrecuenciales | SI CUMPLE |
| | | de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband | SI CUMPLE |
| | | (banda ancha) | SI CUMPLE |
| | | Transductor Convex array con un ancho de banda de 2 a 7 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. | SI CUMPLE |
| | | Transductor Lineal con un ancho de banda de 4 a 12 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. | SI CUMPLE |
| | | Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 4 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. | SI CUMPLE |
| | | Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. | SI CUMPLE |
| | | Manual de usuario idioma español, manual de servicio en idioma inglés, español o portugués. | SI CUMPLE |
| | | La empresa deberá instalar los equipos dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde serán utilizados. | SI CUMPLE |
| | | La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal médico y de enfermerí | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 7 se deja constancia que la única oferta, correspondiente a la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con todas las especificaciones técnicas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 7 | CIÁLITICA PORTÁTIL | **Marca** | HEAL FORCE MODELO G7000LE |
| | | **Origen** | CHINA |
| | | **Año** | 2016 |
| | | **Certificados de Calidad: CE, TUV, ISO 13485, FDA, JIS, Normas Mercosur, al menos 2 de ellos. Especificar cuáles normas** | SI CUMPLE |
| | | **Foco Quirúrgico** | SI CUMPLE |
| | | Alimentación por fuente lineal con transformador toroidal, entrada 110/220 VCA seleccionable por llave. | SI CUMPLE |
| | | Comando electrónico con protección de sobre carga y corta circuitos del sistema. | SI CUMPLE |
| | | Leds indicativos en el panel para indicación de haberse quemado la ampolleta principal, estado de operación y alimentación. | SI CUMPLE |
| | | Tabla de estados de los leds y posibles causas de fallas disponibles en el manual de instrucciones. | SI CUMPLE |
| | | Accesorios: | SI CUMPLE |
| | | Manopla Extra | SI CUMPLE |

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| | | Bulbo Halógeno (caja con seis unidades como mínimo) | SI CUMPLE |
| | | Al quemarse el bulbo principal, automáticamente deberá de entrar en funcionamiento el bulbo de reserva, sin necesidad de intervención manual. | SI CUMPLE |
| | | Ampolletas halógenas de 24V / 150W de fácil acceso en eventuales manutenciones de fácil reposición. | SI CUMPLE |
| | | **Intensidad luminosa de 160.000 lux a la distancia de 1m o mayor** | SI CUMPLE |
| | | Sistema de control de intensidad luminosa. | SI CUMPLE |
| | | Exterior del foco quirúrgico en fibra con gel atoxico y reflector en fibra de carbono prismático con un disco de protección en vidrio temperado. | SI CUMPLE |
| | | Tubos rectangulares pintados con tinta epoxi con acabamiento liso. | SI CUMPLE |
| | | Vistas laterales y frontales | SI CUMPLE |
| | | Diámetro de reflector desde 500mm. | SI CUMPLE |
| | | Diámetro de cupula desde 630mm. | SI CUMPLE |
| | | Diámetro de campo luminoso de 150 – 280 como mínimo. | SI CUMPLE |
| | | Temperatura de color 4300 K | SI CUMPLE |
| | | Índice de rendimiento de color 95.5 (IRC) | SI CUMPLE |
| | | Filtro de calor 99% | SI CUMPLE |
| | | Material del filtro de vidrio | SI CUMPLE |
| | | Aumento de temperaturas de CAMPO 13° de CABEZA 2° | SI CUMPLE |
| | | Distancia de trabajo 700 – 1300 | SI CUMPLE |
| | | Profundidad 80mm. Como mínimo. | SI CUMPLE |
| | | Tipo de bulbo Halógeno | SI CUMPLE |
| | | Peso hasta 90 Kg. | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 8 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **ARGON SRL.**, no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 8 | LARINGOSCOPIO ADULTO | Marca: | HEINE |
| | | Origen: | ALEMANIA |
| | | Año de Fabricación: | 2016 |
| | | Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: | SI CUMPLE |
| | | **Componentes** | |
| | | Juego de laringoscopios con palas adulto que incluyan: | SI CUMPLE |
| | | 1 Mango de luz fria Xenon con empunhadura en silicona adulto | SI CUMPLE |
| | | 2 Palas Mcintosh, tamaños 3 y 4 | SI CUMPLE |
| | | 2 Palas Miller, tamaños 3, 4 | SI CUMPLE |
| | | 2 Lámparas de Xenón por cada mango | SI CUMPLE |
| | | 1 Estuche contenedor, adecuado para los mismos | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 9 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **ARGON SRL.**, no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 9 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | Marca: | HEINE |
| | | Origen: | ALEMANIA |
| | | Año de Fabricación: | 2016 |
| | | Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: | SI CUMPLE |
| | | **Componentes** | SI CUMPLE |
| | | Juego de laringoscopios con palas adulto que incluyan: | SI CUMPLE |
| | | 1 Mango de luz fria Xenon con empunhadura en silicona adulto | SI CUMPLE |
| | | 2 Palas Mcintosh, tamaños 0 y 1 | SI CUMPLE |
| | | 2 Palas Miller, tamaños 0 y 1 | SI CUMPLE |
| | | 2 Lámparas de Xenón por cada mango | SI CUMPLE |
| | | 1 Estuche contenedor, adecuado para los mismos | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 10 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **CATETERES & AFINES SA.**, no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | CATÉTERES Y AFINES S.A. |
|---|---|---|---|
| 10 | **Monitor Multiparamétrico** | Marca: | BIOLIGHT |
| | | Origen: | CHINA |
| | | Año de Fabricación: | 2016 |

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ing. Papla Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Contrataciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. N. [illegible] G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Gustavo Cu
Jefe Dto. Información Tec
Dirección Biomédi

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | CATÉTERES Y AFINES S.A. |
|---|---|---|---|
| | | Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: | SI CUMPLE |
| | | **Componentes** | |
| | | Monitor Multiparamétrico. **Se podrán ofertar monitores modulares o pre configurados que cumplan íntegramente las especificaciones técnicas solicitadas**. | SI CUMPLE |
| | | **Pantalla color de alta resolución de 12´´ o más, y con despliegue simultáneo en pantalla de 8 ondas, como mínimo** | SI CUMPLE |
| | | Pantalla táctil, que permite la operación dando click en los parámetros específicos o en la onda de tiempo real | SI CUMPLE |
| | | Detección de marcapasos, pruebas de interferencia electroquirúrgica | SI CUMPLE |
| | | Protección contra desfibrilación y sincronización de desfibrilación | SI CUMPLE |
| | | Ranura para tarjeta SD que permite ampliar la memoria para almacenamiento de datos de gran tamaño | SI CUMPLE |
| | | **Uno o más Puertos USB y enchufe RJ45 Estándar** | SI CUMPLE |
| | | Salida VGA y salida analógica | SI CUMPLE |
| | | Análisis **de 15 tipos de arritmias diferentes** y segmento ST | SI CUMPLE |
| | | Construido Lion recargables | SI CUMPLE |
| | | **Función de llamado a enfermería** | SI CUMPLE |
| | | Soporte de comunicación HL7 | SI CUMPLE |
| | | **Capacidad de soportar lector de código de barras (OPCIONAL)** | SI CUMPLE |
| | | Caracteristicas | SI CUMPLE |
| | | Pantalla: TFT LCD de al menos 13", táctil | SI CUMPLE |
| | | **Resolución: 1024 x 768 pixeles** | SI CUMPLE |
| | | Velocidad de barrido: 6,25; 12,5; 25; y 50 mm/s | SI CUMPLE |
| | | **Batería/s: recargable/s de ion Litio, con tiempo de trabajo hasta 4 horas como mínimo** | SI CUMPLE |
| | | RESP | SI CUMPLE |
| | | Método: impedencia transtoracica | SI CUMPLE |
| | | Modo de operación: automático/manual | SI CUMPLE |
| | | RR rango de medición: adulto 0-120rpm / neonato-pediátrico: 0-150rpm | SI CUMPLE |
| | | 3 niveles de alarma audible y visual. Alarma de eventos revocables | SI CUMPLE |
| | | ECG | |
| | | Tipos de derivación: 3, 5 y 12 leads, seleccionable | SI CUMPLE |
| | | 3 Leads RA; LA; LL; ó R; L; F | SI CUMPLE |
| | | 5 Leads RA; LA; RL; LL; V; ó R; L; F; N; C | SI CUMPLE |
| | | 12 Leads, incluye 3 y 5 lead | SI CUMPLE |
| | | Elección de derivaciones | SI CUMPLE |
| | | 3 derivaciones: I, II, III | SI CUMPLE |
| | | 5 derivaciones: I, II, III, aVL; aVF; V | SI CUMPLE |
| | | 12 derivaciones: I, II, III, aVL; aVF; V1-V16 | SI CUMPLE |
| | | Rango de ECG HR: Adulto.pediátrico: 15-300lpm / neonato: 15-350lpm | SI CUMPLE |
| | | Con detección de segmento ST | SI CUMPLE |
| | | Con análisis de arritmia y segmento ST y categorización | SI CUMPLE |
| | | PANI | |
| | | Método: oscilométrico automático | SI CUMPLE |
| | | Modos de operación: manual / automático / continuo | SI CUMPLE |
| | | Tipos de medida: sistólica, diastólica, media | SI CUMPLE |
| | | Rango de presión adultos: Sistólica 40-270mmHg; Diastólica 10-215mmHg; media: 20-215mmHg | SI CUMPLE |
| | | Rango de presión niños: Sistólica 40-200mmHg; Diastólica 10-150mmHg; media: 20-165mmHg | SI CUMPLE |
| | | Rango de presión neonatos: Sistólica 40-135mmHg; Diastólica 10-100mmHg; media: 20-110mmHg | SI CUMPLE |
| | | Doble protección de sobre presión | SI CUMPLE |
| | | SpO2 | SI CUMPLE |
| | | Medida y rango de alarma: 0 – 100% | SI CUMPLE |
| | | Rango de medición y alarma: 20 - 300 lmp | SI CUMPLE |
| | | **Actualización: 4s o menos** | SI CUMPLE |
| | | TEMPERATURA (2 canales, 1 sonda por defecto) | SI CUMPLE |
| | | **Rango de medición: 0-45ºC, o mayor.** | SI CUMPLE |
| | | Tipo de sondeo: YSI y CF-FI | SI CUMPLE |
| | | PAI (4 canales) | SI CUMPLE |
| | | Medición de precisión: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 | SI CUMPLE |
| | | Rango de medición: -50 – 300mmHg | SI CUMPLE |
| | | CAPNOGRAFIA | SI CUMPLE |
| | | Rango: 0-150mmHg | SI CUMPLE |
| | | Diseño conveniente para intubación y no intubado | SI CUMPLE |
| | | Posibilidad de trabajar a bajas velocidades del flujo de muestra: 50ml/minuto | SI CUMPLE |
| | | IMPRESORA | SI CUMPLE |
| | | Capacidad para impresión térmica | SI CUMPLE |
| | | Hasta 3 canales de impresión, 1,2 y 3 canales seleccionables | SI CUMPLE |
| | | Velocidad de impresión: 25mm/s, 50mm/s | SI CUMPLE |
| | | Ancho de papel: 50mm | SI CUMPLE |

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Ignacio Cabrera, Asesor
Dirección de Contrataciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Jefe Dpto. Tecnológica
Dirección Biomédica

| | | | CATÉTERES Y AFINES S.A. |
|---|---|---|---|
| | | INTERFAZ | SI CUMPLE |
| | | 2 puertos USB | SI CUMPLE |
| | | Lector de tarjeta | SI CUMPLE |
| | | Puerto de red RJ-45 | SI CUMPLE |
| | | Salida VGA | SI CUMPLE |
| | | Salida analógica y llamado de enfermera | SI CUMPLE |
| | | Salida para desfibrilación | SI CUMPLE |
| | | Sincronización de desfibrilación | SI CUMPLE |
| | | Punto de acceso WLAN, 54Mbps | SI CUMPLE |
| | | Accesorios: | SI CUMPLE |
| | | Cable y sensores, reusables, para oximetría de pulso | SI CUMPLE |
| | | Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal | SI CUMPLE |
| | | Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. | SI CUMPLE |
| | | Cable paciente para ECG de al menos de cinco latiguillos | SI CUMPLE |
| | | Cable paciente para ECG de 12 latiguillos | SI CUMPLE |
| | | Todos los accesorios necesarios para ECG, TEMP, PANI, PI, CO2, SpO2 | SI CUMPLE |
| | | 10 rollos de papel para impresora | SI CUMPLE |
| | | Electrodos para ECG adulto / pediátrico. Cantidad: al menos 50 (cincuenta) unid. | SI CUMPLE |
| | | Electrodos para ECG neonatales. Cantidad: al menos 50 (cincuenta) unid | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 11 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **ARGON SRL.**, no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| | | Marca: | EDAN |
| | | Origen: | CHINA |
| | | Año de Fabricación: | 2016 |
| | | Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: | SI CUMPLE |
| | | **Componentes** | |
| | | Pantalla LCD | SI CUMPLE |
| | | Pantalla RTC (reloj de tiempo real) | SI CUMPLE |
| | | Control de luz de fondo y función automática de apagado para ahorro de energía | SI CUMPLE |
| | | SpO2 y medición de la frecuencia de pulso | SI CUMPLE |
| | | **Deberá desplegar en pantalla en forma simultánea valores numéricos de SpO2, frecuencia cardiaca y onda pletismográfica, como mínimo.** | SI CUMPLE |
| | | **Baterías internas recargables de al menos 12 horas de duración como mínimo.** | SI CUMPLE |
| | | Potente capacidad de almacenamiento de información | SI CUMPLE |
| 11 | OXIMETRO DE PULSO | **Capacidad de lectura en movimiento, como mínimo** | SI CUMPLE |
| | | **Almacenamiento de datos para 300 mediciones de SpO2 y Pulso, como mínimo** | SI CUMPLE |
| | | **Capacidad de proveer 100 +/- 5 IDs** | SI CUMPLE |
| | | Los últimos 10 minutos de tendencia gráfica y cuadro de SpO2 y la frecuencia de pulso puede ser revisada desde la pantalla | SI CUMPLE |
| | | Alarmas audibles y visuales. **Alarmas de SpO2 y frecuencia cardiaca por default y ajustables por el operador, para el tipo de paciente seleccionado** | SI CUMPLE |
| | | **Capacidad para soportar sensores compatibles reusables o desechables.** | SI CUMPLE |
| | | Peso no mayor a 200gr, sin baterías | SI CUMPLE |
| | | **Rango de medición de SpO2 0-100% PR 25 LPM o menor, a 270 LPM o mayor** | SI CUMPLE |
| | | Precisión SpO2: Adulto (incluye niños) +-2% (70%-100%) Neonatos: +-3% (70%-100%) | SI CUMPLE |
| | | **Se requiere de Oxímetro de pulso con capacidad para ser utilizado en paciente adulto, pediátrico o neonatal.** | SI CUMPLE |
| | | Precisión de frecuencia de pulso: Adulto/Niño +-3 LPM; Neonato +-3LPM, SpO2 resolución 1%, PR resolución 1 LPM | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 12 se deja constancia que la única oferta, correspondiente a la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con todas las especificaciones técnicas. –

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| | | SISTEMA DE FACIL PLEGADO | SI CUMPLE |
| | | TAPIZADO EN CUERINA LAVABLE | SI CUMPLE |
| | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | REPOSA BRAZOS CON TAPA TAPIZADO EN CUERINA ACOLCHADA, DESMONTABLES | SI CUMPLE |
| | | REPOSA PIES DESMONTABLES Y RECLINABLES, REGULABLES EN ALTURA | SI CUMPLE |
| | | REPOSA PANTORRILLAS ACOLCHADAS | SI CUMPLE |
| | | RUEDAS TRASERAS CON NEUMATICOS DE CAMBIO RAPIDO | SI CUMPLE |
| | | SENSOR DE FRENO RESORTE, EJE CON RULEMANES AROS DE COMANDO DURALUMINIO | SI CUMPLE |
| | | RUEDAS POSTERIORES DE 60 CM Y ANTERIORES DE 20 CM GIRATORIAS EN | SI CUMPLE |

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ing. Pablo Ferrari Franco
Dptó. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Jefa D... Biomédica
Dirección Biomédica

Abog. Mauricio Benítez Llanes
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| | | 360 GRADOS | |
| | | CAPACIDAD DE PERO 150 KG O MEJOR | SI CUMPLE |

**OBSERVACIÓN:** Para el ITEM N° 13 se deja constancia que la única oferta, correspondiente a la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con todas las especificaciones técnicas. -

| | | | ARGÓN S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 13 | CARRO DE PARO | Carro de paro | SI CUMPLE |
| | | Estructura rígida y resistente, confeccionada en tubos y chapas de acero carbono; | SI CUMPLE |
| | | Superficie y cubierta protectora inferior en PS poliestileno termo formado. | SI CUMPLE |
| | | Seis (6) gavetas para medicamentos con corredizas telescópicas y mangos embutidos, siendo las tres (3) primeras con divisorias en policarbonato para acondicionar medicamentos. | SI CUMPLE |
| | | Sistema de cierre Single Lock con lacre. | SI CUMPLE |
| | | Cuatro ruedas linea hospitalar, 100 mm, dos con freno; | SI CUMPLE |
| | | Pintura electrostática, polimerizada en estufa a 200ºC; | SI CUMPLE |

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Ing. Pablo Ferrari Franco
Dpto. Licitaciones
UOC Central
DGOC - MSP y BS

Jefe Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

## 10.CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Referencial | Porcentaje de Variación | Cantidad | Precio Total | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCÓN S.R.L. | 1 | 42191807-002 | CAMA MANUAL PARA PACIENTES | UNIDAD | UNIDAD | LOS PINOS | COLOMBIA | 15.294.117 | 16.000.000 | -4% | 85 | 1.299.999.945 | MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. CONFORME AL PUNTO N° 9 DEL PRESENTE INFORME. |
| IMESE S.A. | 1 | 42191807-002 | CAMA MANUAL PARA PACIENTES | UNIDAD | UNIDAD | HILL-ROM | MEXICO-USA | 15.670.000 | 16.000.000 | -2% | 85 | 1.331.950.000 | CUMPLE CON LAS EETT. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| ALBATROS S.A.C.I. | 1 | 42191807-002 | CAMA MANUAL PARA PACIENTES | UNIDAD | UNIDAD | ADVANCED | USA | 15.687.000 | 16.000.000 | -2% | 85 | 1.333.395.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 2 | 42171611-001 | CAMILLAS PARA TRAUMA | UNIDAD | UNIDAD | SIGMA-CARE | TAIWAN | 24.448.275 | 40.000.000 | -39% | 29 | 708.999.975 | MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| FALCÓN S.R.L. | 2 | 42171611-001 | CAMILLAS PARA TRAUMA | UNIDAD | UNIDAD | LOS PINOS | COLOMBIA | 24.482.758 | 40.000.000 | -39% | 29 | 709.999.982 | NO CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. CONFORME AL PUNTO N° 9 DEL PRESENTE INFORME. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ALBATROS S.A.C.I. | 3 | 42191807-001 | CAMAS ELÉCTRICAS PARA INTERNACIÓN | UNIDAD | UNIDAD | ADVANCE | USA | 23.760.000 | 35.000.000 | -32% | 37 | 879.120.000 | MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME |

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Jefe Dto. Informática Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Referencial | Porcentaje de Variación | Cantidad | Precio Total | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCÓN S.R.L. | 3 | 42191807-001 | CAMAS ELÉCTRICAS PARA INTERNACIÓN | UNIDAD | UNIDAD | LOS PINOS | COLOMBIA | 23.972.972 | 35.000.000 | -32% | 37 | 886.999.964 | NO CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. CONFORME AL PUNTO N° 9 DEL PRESENTE INFORME. |
| CHACO'I I.C.S.A. | 3 | 42191807-001 | CAMAS ELÉCTRICAS PARA INTERNACIÓN | UNIDAD | UNIDAD | STRYKER | USA | 41.000.000 | 35.000.000 | 17% | 37 | 1.517.000.000 | CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC, SE SUGIERE ADJUDICAR |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 4 | 42192207-001 | CAMILLA MÓVIL CON COLCHONES | UNIDAD | UNIDAD | ESTRELLA | PARAGUAY | 1.785.000 | 1.500.000 | 19% | 12 | 21.420.000 | UNICA OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 5 | 42172101-003 | CARDIODESFIBRILADOR | UNIDAD | UNIDAD | CU MEDICAL | COREA | 44.599.900 | 50.000.000 | -11% | 10 | 445.999.000 | MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| ALBATROS S.A.C.I. | 5 | 42172101-003 | CARDIODESFIBRILADOR | UNIDAD | UNIDAD | INSTRAMED | BRASIL | 50.333.333 | 50.000.000 | 1% | 10 | 503.333.330 | |
| IMESE S.A. | 5 | 42172101-003 | CARDIODESFIBRILADOR | UNIDAD | UNIDAD | ZOLL | USA | 69.000.000 | 50.000.000 | 38% | 10 | 690.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IMESE S.A. | 6 | 42201718-001 | ECÓGRAFO DOPLER COLOR | UNIDAD | UNIDAD | ESAOTE | HOLANDA | 210.000.000 | 180.000.000 | 17% | 1 | 210.000.000 | UNICA OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 7 | 39101602-003 | CIALÍTICA PORTÁTIL | UNIDAD | UNIDAD | HEAL FORCE | CHINA | 26.000.000 | 22.500.000 | 16% | 5 | 130.000.000 | UNICA OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| | | | | | | | | | | | | | |

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Jefa Dpto. Ingeniería Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Papalardo, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

ABOG. ROBERTO LE
DIRECCION GENERAL ASESORÍA
M.S.P. Y B.S.

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Referencial | Porcentaje de Variación | Cantidad | Precio Total | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGÓN S.R.L. | 8 | 42272001-002 | LARINGOSCOPIO ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | HEINE | ALEMANIA | 5.600.000 | 8.000.000 | -30% | 3 | 16.800.000 | MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| ALBATROS S.A.C.I. | 8 | 42272001-002 | LARINGOSCOPIO ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 6.014.000 | 8.000.000 | -25% | 3 | 18.042.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 9 | 42272001-001 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | UNIDAD | UNIDAD | HEINE | ALEMANIA | 5.600.000 | 8.000.000 | -30% | 3 | 16.800.000 | MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| ALBATROS S.A.C.I. | 9 | 42272001-001 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 5.842.200 | 8.000.000 | -27% | 3 | 17.526.600 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CATÉTERES Y AFINES S.A. | 10 | 42181904-002 | MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS | UNIDAD | UNIDAD | BIOLIGHT | CHINA | 41.250.000 | 56.000.000 | -26% | 4 | 165.000.000 | MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| ALBATROS S.A.C.I. | 10 | 42181904-002 | MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS | UNIDAD | UNIDAD | ADVANCE | USA | 42.475.000 | 56.000.000 | -24% | 4 | 169.900.000 | |
| ARGÓN S.R.L. | 10 | 42181904-002 | MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS | UNIDAD | UNIDAD | EDAN | CHINA | 49.500.000 | 56.000.000 | -12% | 4 | 198.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 11 | 42181801-001 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | UNIDAD | UNIDAD | EDAN | CHINA | 2.266.600 | 3.500.000 | -35% | 15 | 33.999.000 | MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| ALBATROS S.A.C.I. | 11 | 42181801-001 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | UNIDAD | UNIDAD | ADVANCE | USA | 2.318.400 | 3.500.000 | -34% | 15 | 34.776.000 | |
| CATÉTERES Y AFINES S.A. | 11 | 42181801-001 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | UNIDAD | UNIDAD | BIOLIGHT | CHINA | 5.500.000 | 3.500.000 | 57% | 15 | 82.500.000 | |

Abog. Andres E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Informática en Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Referencial | Porcentaje de Variación | Cantidad | Precio Total | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 12 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | UNIDAD | CARCI | BRASIL | 2.300.000 | 2.000.000 | 15% | 7 | 16.100.000 | UNICA OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARGÓN S.R.L. | 13 | 42172103-004 | CARRO DE PARO | UNIDAD | UNIDAD | ESTRELLA | PARAGUAY | 11.000.000 | 4.400.000 | 150% | 8 | 88.000.000 | UNICA OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT REQUERIDAS EN EL PBC. PERO SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C POR SUPERAR AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL |

**Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 956/2016 y la que modifica la 1173/2016,** *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*
*Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems).* (sic)

Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme al precio ofertado y que cumplen con las Especificaciones técnicas. El comité procedió a solicitar a la firma **ARGÓN S.A.,** por Nota DGOC N° 4396/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, una explicación detallada de la composición del precio ofertado de los ítems 2 y 11, debido a que en los mismos el precio ofertado es inferior al 30% (treinta por ciento), las que se detallan a continuación:

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Informática
Dirección Informática

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCION GENERAL ASESORÍA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

**ARGÓN S.A.**

Ítem 2 (-39%)
Ítem 11 (-35%)

Las empresas ARGÓN S.A. por mesa de entrada N° 127824, remite el desglose y composición de sus precios detallado por Nota de fecha 19 de diciembre de 2016, la cual fue verificada, analizada y posteriormente aceptada por esta comisión evaluadora, debido a que cumplen con las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación jurídica, económica y técnica establecidos en el PBC. Dicha nota consta en el antecedente.

## 11. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se sugiere declarar desierto el **ítem 13** conforme al Art. 30 inc. c) *que las ofertas superen sustancialmente el precio estimado* y adjudicar a las Firmas **IMESE S.A.; ARGÓN S.R.L.; CHACO´I I.C.S.A. Y CATÉTERES Y AFINES S.A.** conforme a los siguientes cuadros:

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | CANTIDAD | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMESE S.A. | 1 | 42191807-002 | CAMA MANUAL PARA PACIENTES | UNIDAD | UNIDAD | HILL-ROM | MEXICO-USA | 15.670.000 | 85 | 1.331.950.000 |
| IMESE S.A. | 6 | 42201718-001 | ECÓGRAFO DOPLER COLOR | UNIDAD | UNIDAD | ESAOTE | HOLANDA | 210.000.000 | 1 | 210.000.000 |

**1.541.950.000**

**Monto total de Sugerencia de Adjudicación: Gs. 1.541.950.000 (Guaraníes un mil quinientos cuarenta y un millones novecientos cincuenta mil). -**

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | CANTIDAD | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGÓN S.R.L. | 2 | 42171611-001 | CAMILLAS PARA TRAUMA | UNIDAD | UNIDAD | SIGMA-CARE | TAIWAN | 24.448.275 | 29 | 708.999.975 |
| ARGÓN S.R.L. | 4 | 42192207-001 | CAMILLA MÓVIL CON COLCHONES | UNIDAD | UNIDAD | ESTRELLA | PARAGUAY | 1.785.000 | 12 | 21.420.000 |
| ARGÓN S.R.L. | 5 | 42172101-003 | CARDIODESFIBRILADOR | UNIDAD | UNIDAD | CU MEDICAL | COREA | 44.599.900 | 10 | 445.999.000 |
| ARGÓN S.R.L. | 7 | 39101602-003 | CIALÍTICA PORTÁTIL | UNIDAD | UNIDAD | HEAL FORCE | CHINA | 26.000.000 | 5 | 130.000.000 |

Ing. Pablo Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

ROBERTO LEDESMA
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | CANTIDAD | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGÓN S.R.L. | 8 | 42272001-002 | LARINGOSCOPIO ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | HEINE | ALEMANIA | 5.600.000 | 3 | 16.800.000 |
| ARGÓN S.R.L. | 9 | 42272001-001 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | UNIDAD | UNIDAD | HEINE | ALEMANIA | 5.600.000 | 3 | 16.800.000 |
| ARGÓN S.R.L. | 11 | 42181801-001 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | UNIDAD | UNIDAD | EDAN | CHINA | 2.266.600 | 15 | 33.999.000 |
| ARGÓN S.R.L. | 12 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | UNIDAD | CARCI | BRASIL | 2.300.000 | 7 | 16.100.000 |

**1.390.117.975**

**Monto total de Sugerencia de Adjudicación: Gs. 1.390.117.975 (Guaraníes un mil trescientos noventa millones ciento diez y siete mil novecientos setenta y cinco). -**

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Cantidad | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHACO'I I.C.S.A. | 3 | 42191807-001 | CAMAS ELÉCTRICAS PARA INTERNACIÓN | UNIDAD | UNIDAD | STRYKER | USA | 41.000.000 | 37 | 1.517.000.000 |

**1.517.000.000**

**Monto total de Sugerencia de Adjudicación: Gs. 1.517.000.000 (Guaraníes un mil quinientos diez y siete millones).-**

| Empresa | Ítem | Cód. Cat. | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Cantidad | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES Y AFINES S.A. | 10 | 42181904-002 | MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS | UNIDAD | UNIDAD | BIOLIGHT | CHINA | 41.250.000 | 4 | 165.000.000 |

**165.000.000**

**Monto total de Sugerencia de Adjudicación: Gs. 165.000.000 (Guaraníes ciento sesenta y cinco millones). -**

**Monto total de Sugerencia de Adjudicación de la LPN N° 93/2016: Gs. 4.614.067.975 (Guaraníes cuatro mil seiscientos catorce millones sesenta y siete mil novecientos setenta y cinco). -**

**ES NUESTRO INFORME.**

Abog. Nicolás E. Giménez Jr.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Administración Tecnológica
Dirección Farmacéutica

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

ROBERTO MEDINA
GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.