ACTA N° 054/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/18
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de julio de dos mil diez y ocho, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 09:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/18 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."**

Estando presentes para el acto de apertura: la Esc. Rosi Ani Vera, representante de la Dirección Jurídica, la Sra. Sonia Agüero como representante de la Sindicatura de la Institución y el Abog. Jaime Caballero, representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 10:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - RUC: 80016166-1:** Según Planilla de Precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.850.000.000.- (Guaraníes Cuatro mil ochocientos cincuenta millones).** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 207.000.000.- (Guaraníes Doscientos siete millones)** Empresa Aseguradora: SEGURIDAD SEGUROS N° de Póliza: 25.1508.003936/0000.- Total de hojas foliadas 181(ciento ochenta y uno).

2. **JR INGENIERIA - RUC: 3723322-0:** Según Planilla de Precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.000.000.000.- (Guaraníes Cuatro mil millones).** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 200.000.000.- (Guaraníes Doscientos millones)** Empresa Aseguradora: PANAL SEGUROS N° de Póliza: 56.1508.0000859.0000.- Cuenta con 1(un) endoso. Total de hojas foliadas 164 (ciento sesenta y cuatro).

3. **EVEREST INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80009334-8:** Según Planilla de Precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.600.000.000.- (Guaraníes Cuatro mil seiscientos millones).** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 180.000.000.- (Guaraníes Ciento ochenta millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.042663/000.- Total de hojas foliadas 292 (doscientos noventa y dos).

4. **EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. - RUC: 80001326-3:** Según Planilla de Precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 3.720.000.000.- (Guaraníes Tres mil setecientos veinte millones).** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 202.000.000.- (Guaraníes Doscientos dos millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.042466/000.- Total de hojas foliadas 174 (ciento setenta y cuatro).

- Se adjunta observaciones de las firmas **JR INGENIERIA, EVEREST INGENIERIA S.R.L. y EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.**

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

REPRESENTANTE
EBERHARD
LEWKOWITZ S.R.L.
CAP. G. 1.000.000.000.-
Asunción Paraguay
Paraguarí 935
TEL: 444 001/2 - FAX 444

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las once horas del día arriba señalado, firmando acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EVEREST
Ingeniería S.R.L.

Rosi Ani Vera de Gaspar
Escribana
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SONIA AGÜERO
Sindicatura

Máximo Caballero

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 054/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/18

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

Fecha: 06/07/2018

Empresa: JR Ingeniesia

Representante : Javier Recalde Encina

Everest Ingenieria: Las facturaciones presentada no se agusta a lo Solicitado en el PBC, "Copia de facturas a Equipos generadores de gases MEDICINALES como compresor de aire y Gases PSA para los años 2016 y 2017, Presentan facturaciones de compresores industriales lubricado, serie GA de Atlas, tambien presentan facturaciones de año 2015, No cumpliendo lo estipulado en el PBC, No acredita experiencia en gases Medicinales.-

- En el listado de personal La firma Everest manifiesta a través de la presentación del curriculum que el Sr. Daniel Kraus es funcionario de su empresa, [redacted], Ademas el Sr. Kraus esta como miembro de la firma Servimet Paraguay, por lo que debe demostrar su relación de dependencia, el PBC no contempla Servicio tercerizado.-
- No presenta certificado de capacitación en Generadores de Oxigeno PSA.-
- Las hojas (copias) No estan foliada.-

E Berhard Lewkowitz SRL: En el catalogo del compresor ofertado no se observa si la unidad cuenta con ventilador radial, amortiguador de pulsaciones sin fibras, en el catalogo del secador presentado no se observa el modelo ofertado, la D665DIN, en el catalogo del filtro no se aprecia el tipo de drenador.-

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 054/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/18

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

Fecha: 06/07/2018
Empresa: E. Lewkowitz SRL
Representante: Máximo Caballero

- JR Ingeniería: En el item N° 2 de su oferta indica que los equipos "deben" estar fabricados con las normas que ahi se mencionan no indica que "están" fabricado con las mismas. El cálculo de dimensionamiento del secador esta en base a 36m³/min y no a lo entregado por el equipo en su oferta de 42m³/min siendo una mala aplicación entre lo ofertado y calculado. La autorización indicada en su oferta por la distribución de los equipos Kaeser no está expedida por un representante local.
- Everest Ingeniería: Presenta certificado de cumplimiento con el seguro Social VENCIDO, Presenta certificado de cumplimiento Tributario VENCIDO posterior presenta los certificados al día en hojas sin foliar. Presenta oferta sin foliar ninguna de las copias.

REPRESENTANTE
EBERHARD
LEWKOWITZ S.A.L
CAP. G. 1.000.000.000.=
Asunción Paraguay
Paraguay 935
TEL. 444940/1/2 - FAX 444437

Máximo Caballero
3.652.377

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 054/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/18

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

Fecha: 06/07/2018

Empresa: Everest Ingeniería S.R.L.

Representante : Laura Panaliria

(1) Observación Lewmewitz S.R.L.

a) No especifica tipo accionamiento: Engranajes de precisión acorde a Q13/DIN clase 5 con engranajes rectos de dientes oblicuos (Pag. 9 del PBC)

b) Tipo enfriamiento por aire, ventilador radial con motor separado, salida de aire dirigida hacia arriba. Cinco enfriadores ref. Pag 9 del PBC).

c) No especifica = El compresor debe contar con el separador centrífugo p/ la eliminación de grandes cantidades de aire comprimido (Ref. Pag 11 del PBC) Item 2

d) El Amj, No especifica que: El compresor debe contar con un pisonador q amortigua las pulsaciones con mínimas pérdidas de presión, estos amortiguadores no deben tener materiales fibrosos, ya q podrían suponer una fuente de contaminación! Ref. Pag 11 del PBC. Item 2

e) No especifica: Un el secador frigorífico + filtro TE integrado instalado en el punto mas frio Ref. Pag 12 del PBC Item 4.

(2) Record Electric SAECA.

a) Se visualiza alteraciones de formatos del formulario (Oferta Sustancial).

b) No hace referencia a las características técnicas de los equipos especificados en el PBC

→ dice

EVERREST Ingeniería S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 054/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/18

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

Fecha: 06/07/2018

Empresa: Everest Ingeniería S.R.L.

Representante : Laura Amalia

J.R. Ingeniería de Javier Recalde

Obs: a). No cuenta con autorización del fabricante por lo tanto no podrán obtener los servicios autorizados de Kaeser y capacitaciones de los técnicos del IPS.

b) Los precios están muy por debajo de la referencial.

c) Los técnicos competentes no están certificados por Kaeser.

d). No especifica: "En el secador frigorífico + filtro FE integrado (Sh) instalado en el punto más frío Ref. Pag 42 del PBC. Item 4.

EVEREST Ingeniería S.R.L.