PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 01 días de octubre de 2.013, se presenta el Informe resultante de la Evaluación de las Ofertas inherentes a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 "Adquisición de para el Laboratorio de Perinatología del IPS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26º de la **Ley Nº 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909/2003, y demás artículos concordantes**, a efectos de que sea elevado a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

1. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Por Sorteo realizado en la Secretaria General de la Institución se ha conformado la Comisión Evaluadora para la Evaluación de Ofertas, disponiéndose su integración con los siguientes funcionarios:

- **Sebastián Tomás Pereira Ricart** en representación de la Dirección de Apoyo y Servicios;
- **Paola Andrea Zarate Gimenez,** en representación de la Dirección Jurídica;
- **Daniel José Dioverti,** en representación de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

2. ANTECEDENTES

Por Memorandum DASDEM/Nº 04/2013 de fecha 20 de enero de 2013, el Departamento de Electromedicina del Instituto eleva a la Dirección de Apoyo y Servicios la solicitud del inicio del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas para la Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Perinatología del IPS, adjuntado al efecto los antecedentes correspondientes.

Por Resolución Nº 049-007/13 de fecha 20 de junio de 2013, el Consejo de Administración del Instituto resolvió textualmente como sigue: *"...1º) Autorizar el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 para la "Adquisición de Equipos de Laboratorio de Perinatología del IPS"; 2º) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 para la "Adquisición de Equipos de Laboratorio de Perinatología del IPS"; 3º) Disponer que se proceda a la invitación conforme a lo establecido en la Ley Nº 2.051/03 y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), así como en la Página Web del Instituto de Previsión Social...".*

Según Nota P.R.D.G.B.S. Nº 995/13 de fecha 24 de junio de 2013, se ha comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 para la "Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Perinatología del IPS" con ID Nº 259.828, por un monto total a contratar de Guaraníes Trescientos Treinta y Dos Millones Cuarenta Mil (Gs. 332.040.000), *adjuntado al efecto los documentos pertinentes.*

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorandum DFI/DPR/PR2 Nº 005557/13 de fecha 18 de julio de 2013, de la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informa que la presente Licitación cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio por un monto de **Gs. 166.000.000 (Guaraníes Ciento Sesenta y Seis Millones)** conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 000001.320/2013 de fecha 15 de julio de 2013. Asimismo se informa que el llamado afecta al rubro 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales" del Programa 2 de Asistencia Médica General.

Ing. Sebastián Pereira

Abogada
Mat. Nº 8016

Ing. Daniel José Dioverti Proto
Oficina de Coordinación
DGBS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

Cabe aclarar que el llamado es de carácter plurianual por un monto total a contratar de Gs. 332.040.000 (Guaraníes Trescientos Treinta y Dos Millones Cuarenta Mil), según Memorandum DBS/DLI Nº 0403/2013 de fecha 08 de abril de 2013 emitido por el Departamento de Licitaciones – Gestión de Ofertas.

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta Nº 069/2013 de fecha 03 de setiembre de 2013, siendo las 11:00 horas se dio apertura a los sobres recepcionados de acuerdo al siguiente detalle:

1. SCARPE S.R.L.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto total de Gs. 36.850.000 (Guaraníes Treinta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil) IVA INCLUIDO. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.200.000.- (Guaraníes Un Millón Doscientos Mil). Empresa: El Comercio Paraguayo Compañía de Seguros. Nº de Póliza: 1.1508.0009021.0000.

2. CHARPENTIER S.R.L.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto total de Gs. 40.010.000 (Guaraníes Cuarenta Millones Diez Mil) IVA INCLUIDO. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 9.000.000.- (Guaraníes Nueve Millones). Empresa: La Consolidada S.A. de Seguros. Nº de Póliza: 007.1508.027699/000.

3. IN SITU S.A.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto total de Gs. 107.340.000 (Guaraníes Ciento Siete Millones Trescientos Cuarenta Mil) IVA INCLUIDO. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 3.300.000.- (Guaraníes Tres Millones Trescientos Mil). Empresa: Aseguradora Paraguaya S.A. Nº de Póliza: 18.1508.08101/000.

5. VERIFICACION DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Nº	Documentos Sustanciales	Formulario de Presentación de la Oferta/	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada Art. 20 inc. W) y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución Nº 330/07)	Presentación SIPE
		Cumple/ No cumple	**Cumple/ No cumple**	**Cumple/ No cumple**	**Cumple/ No cumple**	**Cumple / No cumple**
1	SCARPE S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	CHARPENTIER S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	In Situ S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

6. VERIFICACION DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Paola A. Lizarate G.
Abogada
Mat. N° 8946

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

	SCARPE S.R.L.		CHARPENTIER S.R.L.		IN SITU S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	Cumple		Cumple		Cumple	
2. Fotocopia autenticada del Impuesto a la Renta de los dos últimos años: 2011 y 2012.	Cumple		Cumple		Cumple	
3. Balance General de los dos últimos años: 2011 y 2012..	Cumple		Cumple		Cumple	
4. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social Vigente.	Cumple		Cumple		Cumple	
5. Certificado o Constancia de Habilitación del Serviciio Técnico emitido por el MSP y BS.	Cumple		Cumple		Cumple	
6. Constancia de Inscripción como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud del MSP y BS.	Cumple		Cumple		Cumple	
10. Declaración Jurada de conocer los lugares en que se instalarán los equipos solicitados.	Cumple		Cumple		Cumple	
11. Certificación emitida por el Fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación (no mayor a dos (02) años de antigüedad). La misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de origen del bien ofertado.	Cumple		Cumple		Cumple	
12. Copia de Contratos y Facturas dentro de los últimos 5 años que demuestren la provisión de los bienes de la misma naturaleza a instituciones públicas o privadas del Paraguay, la cual deberá equivaler como mínimo al 30% del valor de su oferta.	Cumple		Cumple		Cumple	
13. Certificados que acrediten contar con el personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados.	Cumple		Cumple		Cumple	
14. Patenta Municipal Vigente.	Cumple		Cumple		Cumple	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Peraira

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

Abogada
Mat. N° 8946

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

ITEM	EMPRESA	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	SCARPE SRL	-	-	-	-	-	-	-	No Cotiza	No Cotiza
	CHAPENTIER SRL	-	-	-	-	-	-	-	No Cotiza	No Cotiza
	IN SITU S.A.	-	-	-	-	-	-	-	No Cotiza	No Cotiza
2	SCARPE SRL	-	-	-	-	-	-	-	No Cotiza	No Cotiza
	CHAPENTIER SRL	-	-	-	-	-	-	-	No Cotiza	No Cotiza
	IN SITU S.A.	40000727-001	Microscopio Trinocular con Inmunofluorescencia	Motic	Canadá	Unidad	1	Unidad	83.500.000	83.500.000
3	SCARPE SRL	41111502-001	Balanza Electrónica de Precisión	Quimis	Brasil	Unidad	1	Unidad	8.425.000	8.425.000
	CHAPENTIER SRL	41111502-001	Balanza Electrónica de Precisión	Adam Equipment	USA	Unidad	1	Unidad	3.100.000	3.100.000
	IN SITU S.A.	41111502-001	Balanza Electrónica de Precisión	Radwag	Polonia	Unidad	1	Unidad	5.650.000	5.650.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Paola A. Lázaro G.
Abogada
Mat. N° 8946

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

4	SCARPE SRL	41104506 -002	Estufa de Esterilización	Quimis	Brasil	Unidad	1	Unidad	7.225.000	7.225.000
	CHAPENTIER SRL	41104506 -002	Estufa de Esterilización	Quimis	Brasil	Unidad	1	Unidad	12.260.000	12.260.000
	IN SITU S.A.	41104506 -002	Estufa de Esterilización	MMM	Alemania	Unidad	1	Unidad	18.190.000	18.190.000
5	SCARPE SRL	42281508 -002	Autoclave Tipo Chamberland	Phoenix Luferco	Brasil	Unidad	1	Unidad	21.200.000	21.200.000
	CHAPENTIER SRL	42281508 -002	Autoclave Tipo Chamberland	Quimis	Brasil	Unidad	1	Unidad	24.650.000	24.650.000
	IN SITU S.A.	-	-	-	-	-	-	-	No Cotiza	No Cotiza

8. ACLARACIONES LEGALES Y TECNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

Se han realizado consultas y requerimientos a los Oferentes participantes durante el proceso de evaluación, a saber:

1.) Charpentier S.R.L.: Se ha canalizado consultas relacionadas a aspectos técnicos respecto a los bienes ofertados en el proceso licitatorio en cuestión, específicamente en cuanto a los ítems Nº 3, 4 y 5.

Esta empresa ha contestado las consultas y presentado las documentaciones en tiempo y forma.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Diaverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Abogada
Mat. N° 8946

2.) In Situ S.A.: Se ha canalizado consultas relacionadas a aspectos técnicos respecto a los bienes ofertados en el proceso licitatorio en cuestión, específicamente en cuanto a los ítems Nº 2, 3 y 4.

Esta empresa ha contestado las consultas y presentado las documentaciones en tiempo y forma.

9. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS.

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61º del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que las mismas no tienen errores aritméticos o de cálculos.

10. INFORME JURIDICO.

De conformidad a los lineamientos del Pliego de Bases y Condiciones y las normas legales y reglamentarias aplicables, a continuación se exponen las observaciones pertinentes surgidas del examen de los documentos legales que integran las ofertas presentadas por las siguientes firmas:

1- **SCARPE S.R.L.:**

Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 36.850.000 (GUARANIES TREINTA Y SEIS MILLONES OCHIENTOS CINCUENTA MIL).

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

2- **CHARPENTIER S.R.L.:**

Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 40.000.000 (GUARANIES CUARENTA MILLONES).

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

3- **IN SITU S.A.:**

Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 107.340.000 (GUARANIES CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL).

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Diaverti Prono
Oficina de Coordinación
DGRS

Ing. Sebastián Pereira

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

11. INFORME TECNICO.

ÍTEM 1: DESHUMIFICADOR

En el presente ítem no se han presentado ofertas.

Item 1: Deshumificador			CHARPENTIER S.R.L.	SCARPE S.R.L.	IN SITU S.A.
Orden		Descripción	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.	1	Datos Generales			
1.	1.1	Descripción general: Deshumificador de aire portatil.			
1.	1.2	Marca:			
1.	1.3	Modelo:			
1.	1.4	Origen:			
1.	1.5	Normas de calidad: FDA o similares, CE o similares ISO 13485 o similares.			
1.	1.6	Dirección web del fabricante:			
1.	2	Descripción			
1.	2.1	Equipo digital comandado por microprocesador.			
1.	2.2	Visor en LCD del valor porcentual de Humedad Programado y Valor real de humedad.			
1.	2.3	Compresor de 1900Kcal./h o mayor o actuadores peltier de similares características.			
1.	2.4	Producción de aire 250 m³/h o mas.			
1.	2.5	Filtro de carbón activado.			
1.	2.6	Ionizador de aire.			
1.	2.7	Sistema antibacteriano con luz ultravioleta.			
1.	2.8	Sistema automático de descarche.			
1.	2.9	Parada automática depósito lleno.			
		Capacidad de Almacenamiento del reservorio entre 3 y 5 litros.			
1.	2.10	Alimentación Eléctrica: 220 Vac ± 10%, 50Hz con toma Schucko.			

ÍTEM 2: MICROSCOPIO TRINOCULAR CON INMUNOFLUORESCENCIA

La oferta de la empresa IN SITU S.A. no cumple con los siguientes puntos:

2. 5.1	1X, 4X ó 5X, 10X, 40X, 60X ó 63X, 100X como mínimo.
2. 5.2	Corrección de óptica al infinito. Numero de campo de vicion de 23 o mas.
2. 10.1	Doce mega pixeles como minimo.
2. 11.4	Compartimineto para al menos ocho filtros seleccionables.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Perez

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

Item 2: Microscopio trinocular con inmunofluorescencia		**IN SITU S.A.**		**CHARPENTIER S.R.L.**	**SCARPE S.R.L.**
Orden	**Descripción**	83.500.000		NO COTIZA	NO COTIZA
2. 1	**Datos Generales**				
2. 1.1	Descripción general:				
2. 1.2	Marca:	Motic			
2. 1.3	Modelo:	BA410 Elite			
2. 1.4	Origen:	China			
2. 1.5	Normas de calidad: FDA o similares, CE o similares, ISO13485 o similares.	CUMPLE	CE		
2. 1.6	Dirección web del fabricante:	www.motic.com			
2. 2	**Tubo de observación triocular**				
2. 2.1	Ajuste de distancia intrapupilar de 55 a 75 mm como mínimo.	CUMPLE	48 a 75 mm (en planilla) The interpupillary distance can be adjusted in the range of 48-75mm (en catalogo, pag 4)		
2. 2.2	Ajuste dióptrico.	CUMPLE	...diopter adjustment is integrated... (en catalogo, pag 5)		
2. 2.3	Corrección de óptica al infinito.	CUMPLE	Colour Corrected Infinity Optical System [CCIS] (en catalogo, pag 17)		
2. 2.4	Inclinación de 30° ó 45°.	CUMPLE	30° (en planilla) viewing angle of 30° (en catalogo, pag 4)		
2. 2.5	Sistemas de prismas.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 2.6	Fototubo para el uso simultáneo de sistema de microfotografía.	CUMPLE	CCD Adapter (en catalogo, pag 11) Widefield trinocular (en catalogo, pag 17)		
2. 3	**Oculares**				
2. 3.1	10X con campo de observación de 22 mm como mínimo.	CUMPLE	Widefield N-WF 10X F.N. 22 (en catalogo, pag 5)		
2. 3.2	De alto punto focal para uso con o sin lentes.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 3.3	Cavidad para intercambio de retículas de medición.	CUMPLE	Eyepiece Reticles (en catalogo, pag 5)		
2. 4	**Revolver porta objetivos**				
2. 4.1	Sextuple como mínimo.	CUMPLE	Sextuple (en planilla) Quintuple or Sextuple nosepiece configured models are available (en catalogo, pag 6)		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficial de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

2. 4.2	Sistema de giro por medio de balines.	CUMPLE	...ball bearing driven nosepiece... (en catalogo, pag 6)		
2. 5	**Objetivos**				
2. 5.1	1X, 4X ó 5X, 10X, 40X, 60X ó 63X, 100X como mínimo.	NO CUMPLE	2x, 4X, 10X, 60X y 100X (en planilla) 1X = no, oferta 2X 4X ó 5X = si, 4X 10X = si 40X = si 60X ó 63X = si, 60X 100X = si		
2. 5.2	Corrección de óptica al infinito. Numero de campo de vicion de 23 o mas.	NO CUMPLE	22 como se pide en el punto 2.3.1 (en planilla)		
2. 5.3	Plan acromático (corrección de aberraciones esférica y cromática).	CUMPLE	(en catalogo, pag 7)		
2. 5.4	Identificación de parámetros en cada objetivo y código de color.	CUMPLE	(imagen en catalogo, pag 7)		
2. 6	**Platina**				
2. 6.1	Pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	CUMPLE	...multiple sample viewing... (en catalogo, pag 7)		
2. 6.2	Control de posicionamiento coaxial "X Y".	CUMPLE	...X and Y axes controls... (en catalogo, pag 7)		
2. 7	**Condensador**				
2. 7.1	Apertura numérica 1.25 como mínimo.	CUMPLE	No es necesario 1,25 ya que este condensador permite un excelente homogeneidad de la luz en objetivos de 2x a 100x (en planilla) N.A. 0.90/1.25 Abbe condenser (en catalogo, pag 18)		
2. 7.2	Tipo Abbe.	CUMPLE	Swing out Abbe condenser N.A. 0.9/0.13 (en catalogo, pag 17) N.A. 0.90/1.25 Abbe condenser (en catalogo, pag 18)		
2. 7.3	Control de porta condensador integrado con tornillos de centraje.	CUMPLE	...centering is done with a pair of adjustment screws... (en catalogo, pag 8)		
2. 8	**Sistema de enfoque coaxial**				
2. 8.1	Macrométrico.	CUMPLE	Coarse focus... (en catalogo, pag 17)		
2. 8.2	Micrométrico.	CUMPLE	Fine focus... (en catalogo, pag 17)		
2. 8.3	Sistema de iluminación.	CUMPLE			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Dario José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

2. 8.4	Fuente de luz halógena a 100 W como mínimo.	CUMPLE	100W (en planilla) 100W Halogen (en catalogo 2, pag 3 y 7)		
2. 8.5	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	CUMPLE	Blue Filter (en catalogo, pag 18)		
2. 8.6	Iluminación Koehler.	CUMPLE	...Koehler illumination... (en catalogo 2, pag 3)		
2. 9	**Sistema de fluorescencia**				
2. 9.1	*Fuente de luz de mercurio de* 100 W como minimo con contador de horas.	CUMPLE	EPI-Fluorescence Power Supply MXH 100. LCD screen to show the type of HBO Lamp, its lifetimeand intensity control (en catalogo 2, pag 4)		
2. 9.2	Filtros azul, verde y ultravioleta (a elección del usuario).	CUMPLE	(en catalogo 2, pag 6)		
2. 9.3	Filtro para proteccion de calor.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 10	**Cámara digital**				
2. 10.1	Doce mega pixeles como minimo.	NO CUMPLE	10 MP (3664 x 2748) (en planilla) Moticam10. 10.0 Mega pixels (en catalogo Moticam, pag 8)		
2. 10.2					
2. 10.3	Rango dinámico 10 bits, como mínimo.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 10.4	Montura tipo "C".	CUMPLE	c-mount (en catalogo Moticam, pag 15)		
2. 10.5	Transmisión de imágenes a través de firewire o USB.	CUMPLE	USB (en planilla) USB (web)		
2. 10.6	Software de captura, video, edición y medición, original del equipo.	CUMPLE	Motic Images Plus 2.0 (en planilla) Motic Images Plus 2.0 (en catalogo Moticam, pag 11)		
2. 11	**Varios**				
2. 11.1	*Regulacion del campo* luminoso por diafragma.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 11.2	Doble filtro de luz reflejada.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 11.3	Doble filtro de luz transmitida.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 11.4	Compartimineto para al menos ocho filtros seleccionables.	NO CUMPLE	6 Cubos, como se pide en el punto 2.11.4 (en planilla)		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Perez

Paola M. Valente
Asesora
MSPBS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

2. 11.5	Una Cubo Múltiple para Inmunoilourcscencia, para al menos 6 Filtros de Excitación; para DAPI/FITC/TEXAS RE.	CUMPLE	Sextuple Turret type Epi-fluorescence attachment... Texas Red, DAPI, FITC, TRITC (en catalogo 2, pag 5 y 6)		
2. 11.6	Una Filtro de Interferencia de Banda estrecha; para BX, para Luz Transmitida.	CUMPLE	...ONE for bright field application (en catalogo 2, pag 5)		
2. 11.7	Sistema antifúngico en óptica.	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)		
2. 11.8	Dos Mesas de trabajo construida totalmente en acero inoxidable AISI 304 o superior, grosor mínimo exigido de 1 mm en la parte superior. Capaz de soportar al menos 120 Kg de peso, las mesas podran ser de fabricacion nacional.	CUMPLE			
2. 11.8.1	Medidas de una de las mesas (±5%).: (largo x ancho x alto en mm): 700 x 700 x 900	CUMPLE			
2. 11.8.2	Medidas de segunda mesas (±5%).: con forma de L, Lado 1: 650 mm de ancho y 1290 mm de largo, Lado 2: 500 mm de ancho y 1400 mm de largo	CUMPLE			
2. 11.9	Funda protectora de acuerdo a las dimensiones del equipo.	CUMPLE			
2. 11.10	2 Lámparas de Halógeno de repuesto.	CUMPLE			
2. 11.11	1 lámpara de mercurio de repuesto.	CUMPLE			

ÍTEM 3: BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN

La oferta de la empresa CHARPENTIER S.R.L. cumple con todo lo solicitado en las EETT.

La oferta de la empresa IN SITU S.A. no cumple con los siguientes puntos:

3. 2.7	Menú en español.

La oferta de la empresa SCARPE S.R.L., fueron consultados los siguientes puntos, pero no presentaron respuestas:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Promo
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastian Pereira

Paola Lovate G.
Abogada
Mat. N° 8946

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

3. 2.3	Resolución: 0,02 g. Modificado por Adenda N°3 "Resolucion: 0,02 g (valores numericos iguales o menores a 0,02 implican el cumplimiento de este item)"
3. 2.4	Precisión: 0,02 g. Modificado por Adenda N°3 Precisión: 0,02 g (valores numericos iguales o menores a 0,02 implican el cumplimiento de este item)"
3. 2.5	Plato de acero inoxidable.
3. 2.7	Menú en español.
3. 2.8	Sistema de auto calibración interna.

Item 3: Balanza electrónica de precisión		**CHARPENTIER S.R.L.**		**IN SITU S.A.**		**SCARPE S.R.L.**	
Orden	**Descripción**	3.100.000		5.650.000		8.425.000	
3. 1	**Datos Generales.**						
3. 1.1	Descripción general: Balanza digital de baja incertidumbre.						
3. 1.2	Marca:	Adam Equipment		Radwag		Quimis	
3. 1.3	Modelo:	HCB302		PS1200-C2		Q520-3100	
3. 1.4	Origen:	USA		Polonia		Brasil	
3. 1.5	Normas de calidad: FDA o similares, ISO13485 o similares, CE o similares, Normas de calidad de equipos biomédicos del MERCOSUR (aclarar cual norma). Al menos una de ellas.	CUMPLE	ISO 9001	CUMPLE	ISO9001 (en planilla) ISO 9001	CUMPLE	ISO 9001 / TUV / Certificacion de libre venta (en planilla) ...tiene aprobacion del INMETRO, se entregan con la primera comprobacion IPEM-SP y cumplen con los estandares de UL y CE (en catalogo, pag 48) ISO 9001 (web)
3. 1.6	Dirección Web del fabricante:	www.adamequipment.com		www.radwag.com		www.quimis.com.br	
3. 2	**Descripción**						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Diaverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Abogada
Mat. Nº 8046

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

3.	2.1	Rango de pesaje: 300 g o más.	CUMPLE	300 g Pag 12	CUMPLE	1200 g (en planilla) 1200 g (en catalogo)	CUMPLE	310 g (en planilla) 3100 g (en catalogo, pag 48)
3.	2.2	Lectura: en pasos de 0,01 g.	CUMPLE	0,01 g Pag 12	CUMPLE	10 mg [10 mg = 0,01 g] (en catalogo)	CUMPLE	0,01 g (en planilla) Legibilidad 0,01 g (en catalogo, pag 48)
3.	2.3	Resolución: 0,02 g. Modificado por Adenda N°3 "Resolucion: 0,02 g (valores numericos iguales o menores a 0,02 implican el cumplimiento de este item)"	CUMPLE	Resolución 0,01g (web)	CUMPLE	0,01 g (en planilla) DJ (en respuesta a consulta)	CONSULTA SIN RESPUESTA	+/- 0,02 g (en planilla) Linearidad +/- 0,2 g (en catalogo, pag 48)
3.	2.4	Precisión: 0,02 g. Modificado por Adenda N°3 Precisión: 0,02 g (valores numericos iguales o menores a 0,02 implican el cumplimiento de este item)"	CUMPLE	Precisión 0,01g (web)	CUMPLE	0,01 g (en planilla) 10 mg [10 mg = 0,01 g] (en catalogo)	CONSULTA SIN RESPUESTA	0,02 g (en planilla) Linearidad +/- 0,2 g (en catalogo, pag 48)
3.	2.5	Plato de acero inoxidable.	CUMPLE	Plato inox. Pag. 13 Plato de acero inoxidable (web)	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)	CONSULTA SIN RESPUESTA	
3.	2.6	Calibración a cero automática; conectándola sin ó con carga sobre el plato, se calibra automáticamente a "cero" g.	CUMPLE	Calibracion Interna (con pesa interna) / Externa Pag 13 Ajuste a cero (web)	CUMPLE	Autozero function (en manual web, pag 32)	CUMPLE	Auto cero, tara automaticamente la balanza cuando el dato esta entre +/- 1 division. (en catalogo, pag 48)
3.	2.7	Menú en español.	CUMPLE	Menu en Inglés, Español, Francés, ect. (en respuesta a consulta)	NO CUMPLE	Ingles (en planilla)	CONSULTA SIN RESPUESTA	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dinverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Abogada
Mat. Nº 8946

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

3.	2.8	Sistema de auto calibración interna.	CUMPLE	Calibracion Interna HandiCalTM para calibracion rapida y facil sin usar pesas externas. Pag 12	CUMPLE	...system of automatic internal adjustment/calibration (en catalogo)	CONSULTA SIN RESPUESTA	
3.	2.9	Pantalla LCD.	CUMPLE	LCD Retroiluminado (azul) Pag 13	CUMPLE	...LCD backlit display (en catalogo)	CUMPLE	Pantalla LCD para una facil visualizacion. (en catalogo, pag 48)
3.	2.10	Provista de pesa patrón para chequear su funcionamiento.	CUMPLE		CUMPLE	Clasi M1 de 1 kg (en planilla)	CUMPLE	
3.	2.11	Pesa de referencia para auto calibración. Según especificación del fabricante.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.	2.12	Tensión de alimentación de 220 Vac o baterías recargables (en cuyo caso incluir el doble de baterías necesarias para el funcionamiento y un cargador).	CUMPLE	12VDC 800mA Adaptador AC y batería recargable	CUMPLE	220 Vac / 12-16 V DC / 2,1 A (en planilla)	CUMPLE	Voltios 90~260. (en catalogo, pag 48)

ÍTEM 4: ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN

La oferta de la empresa SCARPE S.R.L. no cumple con los siguientes puntos:

4.	2.8	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 250°C o mayor.

Así mismo, fueron consultados los siguientes puntos, pero no presentaron respuestas:

4.	2.3	Aislamiento térmico en paredes y puerta.
4.	2.5	Protección eléctrica interna.
4.	2.6	Temporizador con interrupción automática de funcionamiento hasta 2 horas como mínimo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Berciar

Abogada
Mat. N° 8946

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

La oferta de la empresa CHARPENTIER S.R.L. no cumple con los siguientes puntos:

4.	2.8	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 250°C o mayor.
4.	2.12	Alimentación Eléctrica: 220 Vac ± 10%, 50Hz con toma Schucko.

Así mismo, fueron consultados los siguientes puntos, pero no presentaron información donde se pueda comprobar el cumplimiento:

4.	2.3	Aislamiento térmico en paredes y puerta.
4.	2.5	Protección eléctrica interna.
4.	2.6	Temporizador con interrupción automática de funcionamiento hasta 2 horas como mínimo.

La oferta de la empresa IN SITU S.A. no cumple con los siguientes puntos:

4.	2.8	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 250°C o mayor.

Item 4: Estufa de esterilizacion			**SCARPE S.R.L.**		**CHARPENTIER S.R.L.**		**IN SITU S.A.**	
Orden		**Descripción**	7.225.000		12.260.000		18.190.000	
4.	**1**	**Datos Generales.**						
4.	1.1	Descripción general: Para secado y esterilización de instrumentales.						
4.	1.2	Marca:	Quimis		Quimis		MMM Group	
4.	1.3	Modelo:	Q317-M43		Q317M43		Ecocell 111	
4.	1.4	Origen:	Brasil		Brasil		Checo / Aleman	
4.	1.5	Normas de calidad: FDA o similares, CE o similares, ISO13485 o normas de MERCOSUR.	CUMPLE	ISO 9001 / TUV / Certificacion de libre venta (en planilla) Registro na ANVISA N°80231279005 (en catalogo, pag 152) ISO 9001 (web)	CUMPLE	ISO 9001 (web)	CUMPLE	ISO9001 (en planilla)
4.	1.6	Dirección web del fabricante:	www.quimis.com.br		www.quimis.com.br		www.mmm-medcenter.de	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Abogada
Mat. N° 8946

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

4.	2	Descripción						
4.	2.1	Estructura externa de acero pintada epóxico electrostático y cámara interna de acero inoxidable.	CUMPLE	Estructura externa con chapa de acero revestida en epoxi electroestatico (en planilla) Estructura externa con chapa de acero revestida en epoxi electroestatico, camara interna en acero inoxidable con pulimento tipo espejo. (en catalogo, pag 151)	CUMPLE	Estructura externa con chapa de acero revestida en epoxi electroestatico, camara interna en acero inoxidable con pulimento tipo espejo (en catalogo, pag 14)	CUMPLE	Externa: Acero Galvanizdo Interna: Acero Inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304) (en planilla) DJ (en respuesta a consulta)
4.	2.2	Puerta de acero inoxidable.	CUMPLE	Puerta totalmente en acero inoxidable con pulimento tipo espejo (en planilla) Almohada interna de la puerta en acero inoxidable (en catalogo, pag 151)	CUMPLE	Almohada interna de la puerta en acero inoxidable (en catalogo, pag 14)	CUMPLE	Acero Inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304) (en planilla) ...panel de la puerta están fabricados con acero inoxidable de calidad (DIN 1.4301, AISI 304) (web)
4.	2.3	Aislamiento térmico en paredes y puerta.	CONSULTA SIN RESPUESTA			No presenta información donde se pueda comprobar el cumplimiento	CUMPLE	Doble revestimiento con laminas de recubrimiento facilmente extraibles, aislada mediante material aislante ecologico (en planilla) la cámara está perfectamente aislada mediante material ecológico de aislamiento (web)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Paola A. Lázaro
Abogada
Mat. N° 8940

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

4.	2.4	Puerta con sello de silicona o similar y cerrojo de presión.	CUMPLE	Veda de la puerta con perfil de silicona (en planilla) Veda de la puerta con perfil de silicona. Pestillo a presion para ofrecer buen cierre de la puerta (en catalogo, pag 152)	CUMPLE	Veda de la puerta con perfil de silicona. Pestillo a presion para ofrecer buen cierre de la puerta. (en catalogo, pag 14)	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)
4.	2.5	Protección eléctrica interna.	CONSULTA SIN RESPUESTA			No presenta información donde se pueda comprobar el cumplimiento	CUMPLE	DJ (en respuesta a consulta)
4.	2.6	Temporizador con interrupción automática de funcionamiento hasta 2 horas como mínimo.	CONSULTA SIN RESPUESTA	Temporizador de interrupcion programable (en planilla)		No presenta información donde se pueda comprobar el cumplimiento	CUMPLE	hasta 99 Hrs y 59 min (en planilla) reloj programable de 99 horas y 59 minutos (en catalogo, pag 95)
4.	2.7	Capacidad: como mínimo 96 litros.	CUMPLE	100 litros (en planilla) 100 l (en catalogo, pag 152)	CUMPLE	100 l (en catalogo, pag 15)	CUMPLE	111 L (en planilla) 111 L (en catalogo, pag 96)
4.	2.8	Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 250°C o mayor.	NO CUMPLE	15°C arriba de la temperatura ambiente hasta 300°C (en planilla) Temperatura minima 15° C arriba de la temperatura ambiente. Faja de trabajo hasta 300° C. (en catalogo, pag 152)	NO CUMPLE	Temperatura minima 15° C arriba de la temperatura ambiente. Faja de trabajo hasta 300° C.(en catalogo, pag 14)	NO CUMPLE	Desde 5 °C sobre temperatura ambiente hasta 250 °C/300 °C (en catalogo, pag 95)
4.	2.9	Precisión de temperatura: +/- 5°C.	CUMPLE	5°C (en planilla) Homogeneidad de la camara: +-5° C (en catalogo, pag 152) Controlador electronico microcontrolado de temperatura con sensibilidad 1° C... (en catalogo, pag 152)	CUMPLE	Controlador electronico microcontrolado de temperatura con sensibilidad 1° C... (en catalogo, pag 14)	CUMPLE	+/- 2% (en planilla) aprox. ± % de la temperatura alcanzada: 2 = 5° a 250° (en catalogo, pag 96)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

Paola A. Lovato
Abogada
Mat. N° 8946

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

4.	2.11	Con dos o mas bandejas removibles.	CUMPLE	2 bandejas removibles (en planilla) Tres trillos en la camara interna para mover la estante. Acompaña un estante... (en catalogo, pag 152)	CUMPLE	Tres trillos en la camara interna para mover la estante. Acompaña un estante... (en catalogo, pag 14)	CUMPLE	2 (en planilla) eguipamiento estándar: 2 (en catalogo, pag 96)
4.	2.12	Alimentación Eléctrica: 220 Vac ± 10%, 50Hz con toma Schucko.	CUMPLE	220 Vac ± 10%, 50Hz con toma Schucko (en planilla) Voltios 110/220 (en catalogo, pag 152)	NO CUMPLE	Voltios 110/220 (en catalogo, pag 15) En consulta ABNT NBR 14136	CUMPLE	voltaje nominal: 230 V, 50/60 Hz (en catalogo, pag 96)

ÍTEM 5: AUTOCLAVE TIPO CHAMBERLAND

La oferta de la empresa SCARPE S.R.L. no cumple con los siguientes puntos:

5.	2.3	Cámaras interna y externa en acero inoxidable 316 o 316L o 316Ti.
5.	3.8	Por lo menos tres temperaturas de trabajo seleccionables, temperaturas de trabajo en el rango de 100º o menos y 143º o mas.

Así mismo, fueron consultados los siguientes puntos, pero no presentaron *respuestas:*

5.	2.4	Cámara a presión con certificación ASME o PED 97/23/CEE.
5.	3.4	Válvula de seguridad con certificación ASME o 97/23/CEE.
5.	3.6	Tapa de fundición de bronce o acero inoxidable y aro de cierre del mismo material con burlete de goma siliconada y ajuste con mariposas de bronce y tornillos de acero.

La oferta de la empresa CHARPENTIER S.R.L. no cumple con los siguientes puntos:

5.	2.3	Cámaras interna y externa en acero inoxidable 316 o 316L o 316Ti.
5.	3.8	Por lo menos tres temperaturas de trabajo seleccionables, temperaturas de trabajo en el rango de 100º o menos y 143º o mas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

Así mismo, fueron consultados los siguientes puntos, pero no presentaron información donde se pueda comprobar el cumplimiento:

5.	2.4	Cámara a presión con certificación ASME o PED 97/23/CEE.
5.	3.4	Válvula de seguridad con certificación ASME o 97/23/CEE.
5.	3.6	Tapa de fundición de bronce o acero inoxidable y aro de cierre del mismo material con burlete de goma siliconada y ajuste con mariposas de bronce y tornillos de acero.

Item 5: Autoclave tipo Chamberland			**SCARPE S.R.L.**		**CHARPENTIER S.R.L.**		**IN SITU S.A.**
Orden		**Descripción**	21.200.000		24.650.000		NO COTIZA
5.	**1**	**Datos Generales.**					
5.	1.1	Descripción general: Autoclave tipo Chamberland utilizado para esterilización mediante vapor saturado.					
5.	1.2	Marca:	Phoenix Luferco		Quimis		
5.	1.3	Modelo:	AV 50 PLUS		Q190M-13/23		
5.	1.4	Origen:	Brasil		Brasil		
5.	1.5	Normas de calidad: FDA o similares, CE o similares, *ISO13485 o* similares.	CUMPLE	ISO 9001 / BPF ISO 9001, ISO 13485, BPF (*en catalogo, pag* 23,5)	CUMPLE	ISO 9001 (web)	
5.	1.6	Dirección web del fabricante:	www.phoenix.ind.br		www.quimis.com.br		
5.	**2**	**Descripción**					
5.	2.1	Cámara con puerta simple.	CUMPLE	Com caldeira vertical simples... (web)	CUMPLE	Autoclave Vertical Microprocessada (web)	
5.	2.2	Capacidad de la cámara interna: al menos 50 litros o mas.	CUMPLE	Capacidad aproximada (*litros*) 50 (*en catalogo*, pag 22,5)	CUMPLE	50 l (*en catalogo*, pag 17)	
5.	2.3	Cámaras interna y externa en acero inoxidable 316 o 316L o 316Ti.	NO CUMPLE	Com caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304 (web)	NO CUMPLE	Reservatorio (camara de autoclavaje) en acero inoxidable 304 (en catalogo, pag 16)	
5.	2.4	Cámara a presión con certificación ASME o PED 97/23/CEE.	CONSULTA SIN RESPUESTA	Proyectada y fabricada de *acuerdo con* normas...ASME Section VIII, Division I... (en catalogo, pag 22,5)		No presenta *información* donde se pueda comprobar el cumplimiento	
	3	**Descripción**					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

5.	3.1	Cámara simple.	CUMPLE	Caldera vertical simple en acero inoxidable (en catalogo, pag 22,5) Com caldeira vertical simples... (web)	CUMPLE	Autoclave Vertical Microprocessada (en catalogo, pag 16)	
5.	3.2	Capacidad de 50 litros o mas.	CUMPLE	50 litros (en planilla) Capacidad aproximada (litros) 50 (en catalogo, pag 22,5)	CUMPLE	50 l (en catalogo, pag 17)	
5.	3.3	Presión de trabajo 1,5 Kg./cm2.	CUMPLE	Presion de trabajo 1,5 Kg./cm2. (en planilla) Presion maxima de trabajo de 1,5 kgf/cm...(en catalogo, pag 22,5)	CUMPLE	Presion maxima de trabajo 1,5 kgf/cm2... (en catalogo, pag 16)	
5.	3.4	Válvula de seguridad con certificación ASME o 97/23/CEE.	CONSULTA SIN RESPUESTA	ASME section VIII, Division I. (en planilla)		conforme NR13 (en catalogo, pag 16) No presenta información donde se pueda comprobar el cumplimiento	
5.		Llave de purga.	CUMPLE	Desague para limpieza y drenaje total a traves del registro de esfera (en catalogo, pag 22,5) Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. (web)	CUMPLE	Grifo para descarga (en catalogo, pag 16)	
5.		Manómetro.	CUMPLE	Manometro independiente para lectura de presion. (en planilla) ...manometro independiente para lectura de presion (en catalogo, pag 22,5)	CUMPLE	Manometro para indicar la presion interna de la camara de trabajo (en catalogo, pag 16)	
5.	3.5	Caldera vertical de acero inoxidable.	CUMPLE	Caldera vertical de acero inoxidable (en planilla) Caldera vertical simple en acero inoxidable (en catalogo, pag 22,5) Com caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304 (web)	CUMPLE	Autoclave Vertical Microprocessada (en catalogo, pag 16)	
		Abog. Daniel José Dioverti Prono Oficina de Coordinación DGBS		Ing. Sebastián Pereira		Abogacía Mat. N° 6948	

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

5.	3.6	Tapa de fundición de bronce o acero inoxidable y aro de cierre del mismo material con burlete de goma siliconada y ajuste con mariposas de bronce y tornillos de acero.	CONSULTA SIN RESPUESTA	Tapa fabricada en bronce (en planilla) Tapa fabricada en bronce (catalogo pag 22,5) Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas....Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. (web)		Tapa en bronce hundido y estanado internamente. Veda de la tapa en silicona tipo perfil. Manipulos de baquelite reforzado para prender la tapa. (en catalogo, pag 16) No presenta información donde se pueda comprobar el cumplimiento	
5.	3.7	Camisa de protección externa construida en chapa de hierro esmaltada o acero inoxidable.	CUMPLE	Extructura externa en chapa de hierro pulido y barnizado. (en planilla) Gabinete construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e parte superior com chapa de aço inoxidável e montado sobre quatro pés de borracha (web)	CUMPLE	Parte externa en chapa de acero revestida en epoxi electroestatico (en catalogo, pag 16)	
5.	3.8	Por lo menos tres temperaturas de trabajo seleccionables, temperaturas de trabajo en el rango de 100° o menos y 143° o mas.	NO CUMPLE	Temperatura programable entre 90° C y 127° C (en planilla) Permite la programacion de temperatura de trabajo ajustable entre 90° y 127° C... (en catalogo, pag 22,5) Permite selecionar a temperatura de trabalho de 90 a 127°C...(web)	NO CUMPLE	...hasta 127°C con vapor Autoclave (en catalogo, pag 16)	
5.	3.9	Calefactor eléctrico	CUMPLE	Resistência elétrica de imersão...(web)	CUMPLE	Resistencia tubular blindada (en respuesta a consulta)	
5.	3.10	Alimentación Eléctrica: monofásica 220 Vac ± 10%, 50Hz con toma Schucko o trifásicas 380 Vac ± 10%, 50Hz	CUMPLE	Alimentacion electrica: monofásica 220 Vac +- 10%, 50Hz con toma Schucko o trifasicas 380 Vac +- 10%, 50Hz (en planilla) 127 ou 220 (en catalogo, pag 22,5)	CUMPLE	110/220 (en catalogo, pag 16)	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing Sebastián Pereira

Abogada
Mat. N° 8946

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

12. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FINANCIEROS – CAPACIDAD FINANCIERA.

1-CHAPENTIER S.R.L.							
		2011		2012		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.892.830.061	4,42	3.737.963.518	16,23	**10,33**	CUMPLE
	Pasivo corriente	654.708.708		230.276.996			
Endeudamiento	Pasivo total	654.708.708	0,21	230.276.996	0,06	**0,13**	CUMPLE
	Activo total	3.127.106.557		4.156.680.683			
Rentabilidad	Utilidad neta	583.780.124	3,77	1.444.837.606	9,32	**6,54**	CUMPLE
	Capital	155.000.000		155.000.000			
Capital	Activo corriente			3.737.963.518	3.507.686.522	**4.001.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente			230.276.996			
							Monto Ofertado: 40.010.000

2-SCARPE S.R.L.							
		2011		2012		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	4.114.489.112	21,70	4.919.287.522	21,06	**14,25**	CUMPLE
	Pasivo corriente	189.623.995		233.552.985			
Endeudamiento	Pasivo total	189.623.995	0,05	233.552.985	0,05	**0,03**	CUMPLE
	Activo total	4.154.569.147		4.960.672.823			
Rentabiliad	Utilidad neta	569.639.884	1,08	760.992.949	1,44	**0,84**	CUMPLE
	Capital	528.000.000		528.000.000			
Capital	Activo corriente			4.919.287.522	4.685.734.537	**3.685.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente			233.552.985			
							Monto Ofertado: 36.850.000

DE PREVISION SOCIAL
Ing. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ines Sebastian Pereira
Mat. Nº 8948

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

3- IN SITU S.A.							
		2011		2012		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.383.428.953	1,93	1.739.301.722	2,02	**1,97**	CUMPLE
	Pasivo corriente	718.077.954		860.547.516			
Endeudamiento	Pasivo total	718.077.954	0,42	860.547.516	0,43	**0,42**	CUMPLE
	Activo total	1.707.497.964		2.013.998.477			
Rentabilidad	Utilidad neta	83.966.814	0,42	151.417.824	0,76	**0,59**	CUMPLE
	Capital	200.000.000		200.000.000			
Capital	Activo corriente			1.739.301.722	878.754.206	**10.734.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente			860.547.516			

Monto Total: 107.340.000

13. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, esta Comisión Evaluadora eleva a consideración de la máxima Autoridad Institucional cuanto sigue:

1. Declaración Desierta según lo estipulado por el inciso "a" del Artículo 30º de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas; "*...Artículo 30º.- Declaración de Licitación Desierta. Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: a) que no se hubiera presentado oferta alguna...*" (sic).

   Item Nº 1 "*Deshumificador*".

2. Declaración Desierta según lo estipulado por el inciso "b" del Artículo 30º de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas; "*...Artículo 30º.- Declaración de Licitación Desierta. Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: b) que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas...*" (sic).

   Item Nº 2 "*Microscopio Trinocular con Inmunofluorescencia*".

   Item Nº 4 "*Estufa de Esterilización*".

   Item Nº 5 "*Autoclave Tipo Chamberland*".

Abogada
Mat. N° 8946

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Ing. Sebastián Pereira

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE PERINATOLOGIA DEL IPS"

c) Certificado de Cumplimiento Tributario.

d) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.) o Constancia de No estar inscripto.

Es nuestro informe.-

Sebastián Tomás Pereira Ricart
Representante Dir. de Apoyo y Servicios

Paola Andrea Zarate Gimenez
Representante de la Dirección Jurídica

Paola A. Zárate G.
Abogada
Mat. N° 8946

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Daniel José Dioverti Prono
Oficina de Coordinación
DGBS

Abog. Daniel José Dioverti
Representante de la D.G.B.S.