INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2013, se presenta el Informe complementario, correspondiente a la Evaluación de Ofertas presentadas en la Contratación Directa N° 53/13 **"PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA QUIMICA SANGUINEA CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO URGENCIAS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003.**

Se presenta el correspondiente Informe complementario, teniendo en cuenta las siguientes correcciones:

1- ANTECEDENTES

La Resolución N°082-013/13 de fecha 03 de Octubre de 2013, en el Art. 1° autoriza el llamado a CD 53/13 " Provisión de Reactivos e Insumos para Química Sanguínea con Equipos Automatizados en Comodato para el Servicio de Laboratorio Urgencias" y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, disponiéndose su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la ley de Contrataciones Públicas.-

3- ACTO DE APERTURA DE SOBRES

En Fecha 23 de Octubre de 2013 NO se procede al Acto de Apertura de Sobres Acta Nro. 164/13 por no reunir la cantidad mínima de Ofertas exigidas por el Art.34 inciso c de la Ley 2.051/03., por tanto los sobres de las firmas BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. e INDEX S.A.C.I. son devueltos en este acto a los oferentes sin abrir.
En fecha 31 de Octubre de 2013 se procede a la Apertura de sobres.

6- VERIFICACION DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES

N° de Orden	Documentos Requeridos	INDEX S.A.C.I.		BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	
		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
1	Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	CUMPLE		CUMPLE	

MARCO A. AMARILLA ALEM
Abogado
Matrícula N° 16.226

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. María Asunción Vallejos O.
Coordinación Dirección de Apoyo y Servicios

Dra. Mirva Ibarrola de Candia
Dpto. de Lab. de Análisis Clínicos
Hospital Central - IPS

2	Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
3	Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	**CUMPLE**		**CUMPLE**	

10. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Nº de Orden	Requisitos Mínimos	INDEX S.A.C.I.		BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	
	EQUIPOS	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**
1	Equipos automatizados, auto refrigerado con medición mínima de 25 parámetros. Velocidad de Procesamiento mínimo de 350 determinaciones / hora Sin Módulo ISE.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2	Impresión automática de resultados en idioma español y archivo de datos mínimo para 30.000 pacientes ó 100.000 determinaciones	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
3	Poseer puerto para comunicarse a la red informática del IPS.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
4	SOFTWARE en idioma español.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
5	Tipo de muestra: Suero, plasma ó orina	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
6	Capacidad para dilución automática de muestras.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
7	De preferencia equipos con capacidad de realizar Test Calculados (como ejemplo, Bilirrubina Indirecta, Globulina y relación Albúmina Globulina)	**CUMPLE**		**CUMPLE**	

MARCO A. AMARILLA ALEM
Abogado
Matrícula Nº 16.226

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. María Asunción Vallejos O.
Coordinación Dirección de
Apoyo y Servicios

Dra. Miva Ibarrola de Candia
Dpto. de Lab. de Análisis Clínicos
Hospital Central - IPS

8	Modulo de urgencias, que significa que al ingresarle la muestra de urgencia procese inmediatamente esa muestra y después vuelva al trabajo de rutina, todo de manera automática (Sistema Randon).	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
9	El equipo debe tener capacidad de almacenar dentro del mismo, todos los reactivos de las determinaciones solicitadas.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
10	Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (150 a 200 ul) para todas las determinaciones Químicas).	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
11	Sistema de refrigeración de reactivos por sistema peltier (capacidad de regular la temperatura de los reactivos independientemente de la temperatura ambiente).	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
12	De preferencia equipos con **Software** que permita ver el gráfico de la reacción, Un sistema de alarma o algún aviso para los casos de determinaciones cinéticas donde el sustrato se consume demasiado rápido antes del tiempo de lectura (el error que se quiere evitar es el siguiente, cuando una determinación de una enzima es muy elevada hay casos que el sustrato termina antes que el equipo comience a monitorear la reacción, dando en estos casos falsos valores bajos, siendo que en realidad son valores muy elevados).	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
13	Software de Control de Calidad de las determinaciones efectuadas	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
14	Los equipos deben contar con sus accesorios y complementos, incluyendo protector de pantalla. De preferencia equipos nuevos o no mayor de tres años de fabricación.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	

MARCO A. AMARILLA ALEM
Abogado
Matrícula Nº 10.226

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. María Asunción Vallejos
Coordinación Dirección de
Apoyo y Servicios

Dra. Miva Ibarrola de Candia
Dpto. de Lab. de Análisis Clínicos
Hospital Central - IPS

15	Los resultados deben ser emitidos en idioma español en forma continua y lista para ser entregados al asegurado.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
16	Interface con puerto de entrada para trabajar con el sistema informático del I. P. S.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
17	Los equipos deben estar acondicionados para ser usados con voltaje 220 V AC, entre **50-56 MHZ**. Deben contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para que puedan soportar posibles variaciones del voltaje **(UPS).**	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
18	La provisión de agua de tipo 1; para uso en los equipos (destilada de fabricación Farmacéutica).	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
19	La garantía del funcionamiento permanente del equipo, accesorios y complementos, en casos de fallas u otra situación a eventos que pongan en peligro la continua prestación de los servicios y operatividad de los equipos y el proveedor deberá solucionar en forma urgente.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
20	Se solicita que el servicio técnico responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, pueda acudir en un plazo no mayor a 30 minutos cuando ocurre un desperfecto.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
21	Los gastos y costos por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo son de responsabilidad del proveedor.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
22	El proveedor deberá realizar entrenamiento y capacitación dirigida a profesionales que operan con el equipo.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
23	Además de brindar asesoría analítica	**CUMPLE**		**CUMPLE**	

MARCO A. AMARILLA ALEM
Abogado
Matrícula Nº 16.226

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. María Asunción Valleicos C.
Coordinación Dirección de
Apoyo y Servicios

Dra. Milva Ibarrola de Candia
Dpto. de Lab. de Análisis Clínicos
Hospital Central - IPS

	permanente con personal idóneo al profesional del área.				
24	La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área. El funcionamiento del equipo debe ser ininterrumpido.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
25	En caso de falla o desperfecto del equipo, la empresa adjudicada deberá proveer un equipo de contingencia de igual porte a los equipos adjudicados en la Licitación	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
26	Provisión continua de insumos y reactivos correspondiente a la cantidad de determinaciones a ser realizadas.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
27	Poseer lector de código de barra y capacidad de almacenamiento de datos mínimo de 03 (tres) meses en **CD ROM.**	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
	INSUMOS				
28	Dos mil (2000) copitas si el equipo lo requiere en forma mensual.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
29	Dos (02) niveles de control y calibradores según las Especificaciones Técnicas Generales.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
30	Agua destilada en cantidad suficiente para el funcionamiento de los equipos y con una provisión mínima de cinco (05) litros por día para realizar enjuague de insumos de vidrio que sean utilizados para toma y procesamiento de las muestras	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
31	Papel para impresión de resultados con una dimensión mínima de 20 x 28 cm.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
32	Cuatro (04) gradillas con capacidad mínima de cuarenta (40) tubos cada uno.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	

MARCO A. AMARILLA ALEM
Abogado
Matrícula N° 16.226

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. María Asunción Valiente O.
Coordinación Dirección de Apoyo y Servicios

Dra. Milva Ibarrola de Candia
Dpto. de Lab. de Análisis Clínicos
Hospital Central - IPS

33	Planillas de trabajo diario por determinación y paciente.	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
	SOPORTE				
34	02 (dos) centrifugas con capacidad mínima de treinta y seis (36) tubos con regulador de Velocidad y ytimer cada una	**CUMPLE**		**CUMPLE**	

Este es nuestro informe.

MARCO A. AMARILLA ALEM
Abogado
M.J. C.S. N° 16.226

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. María Asunción Vallejos O.
Coordinación Dirección de
Apoyo y Servicios

Dra. Milva Ibarrola de Candia
Dpto. de Lab. de Análisis Clínicos
Hospital Central - IPS

MARIA A. [illegible] L.
Secretaria