Asunción, 07 de Diciembre de 2012

NOTA DALCSP Nº 639/2012
Señor
CHACO INTERNACIONAL S.A.
TEF: 221.939
DIRECCION: Dr. J. Benza E/ Morquio y Bruno Guggiari

Presente:

La Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 42 "LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA – M.S.P. y B.S."; se dirige a Ud., con relación al Llamado de la **Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO";** a fin de informarle que han sido adjudicado por un monto total de **Gs. 5.500.000 - (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL.-)**, cuyo detalle se adjunta y forma parte de esta notificación. Al mismo tiempo solicitamos la aceptación de la Adjudicación a fin de proceder a emitir la Orden de Compra, de acuerdo al siguiente detalle:

NRO DE ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	MARCA	U.M	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Microcentrífuga	**MICROCENTRIFUGADORA** ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION **CARACTERISTICAS GENERALES:** *CONSTRUCCION ACORDE A NORMAS ISO, CE, UL, FDA, TÜV, NORMAS DE MERCOSUR (SIMILARES O SUPERIORES), AL MENOS UNO DE ELLOS *SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRICA ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES. *TECNOLOGIA DE MICROPROCESADOR/ELECTRONICA CON SISTEMA AUTOTEST, WATCH DOG, CONTROL POR FRECUENCIA DE LA ROTACION, SISTEMA DE ALARMAS *MODELO DE MESA SIN REFRIGERACION, GABINETE METALICO, PIES TIPO VENTOSA. *PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE TECLAS CUBIERTAS POR MEMBRANAS *TACOMETRO DIGITAL A ANALOGO CON VISUALIZACION DE LA VELOCIDAD INSTANTANEA Y EL TIEMPO DE CENTRIFUGADO. *ROTOR PARA CAPILARES DE HEMATOCRITO CON TAPA DE SEGURIDAD CONTRA AEROSOLES AUTOCLAVABLES SEGÚN NORMAS DE BIOSEGURIDAD. *SISTEMA DE BLOQUEO DE LA TAPA DE LA CENTRIFUGA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO ACORDE A NORMAS DE SEGURIDAD. *CONTROL DE VELOCIDAD Y TIEMPO DE CENTRIFUGADO EN FORMA CONTINUA O POR INTERVALOS. *CURVA DE ACELERACION Y FRENADO FIJO O PROGRAMABLES. *MOTOR ASINCRONO LIBRE DE MANTENIMIENTO *FACILIDAD DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO. **CARACTERISTICAS TECNICAS:** *VELOCIDAD MAXIMA: APROX 12.000 RPM *FUERZA CENTRIFUGA MAXIMA: 14.500 X G. TOLERANCIA DE +/-5% *CAPACIDAD DEL ROTOR: APROX 24 CAPILARES *PROGRAMACION DE TIEMPO DE 1 A 30 MINUTOS O MEJOR *ALIMENTACION ELECTRICA: 220V/50HZ **ACCESORIOS:** *UN KIT DE MANTENIMIENTO *3 (TRES) JUEGOS DE ESCOBILLAS PARA EL ROTOR OTROS REQUERIMEINTOS: *UN MANUAL DE OPERACIONES EN ESPAÑOL Y UN MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN ESPAÑOL O INGLES.	PRESVAC	UNIDAD	UNIDAD	1	5.500.000	5.500.000

Lic. Arturo Núñez A.
Director Administrativo
L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.

Dr. Gustavo A. Chamorro C.
Director General
Lab. Central de Salud Pública

CHACO INTERNACIONAL S.A.
12/12/12

		*GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MERCADO POR LO MENOS 5 AÑOS DESPUES DE LA ADQUISICION DEL EQUIPO *INSTALACION DEL EQUIPO EN LA INSTITUCION DESIGNADA Y CAPACITADA DE USO Y DE SERVICIO TECNICO (DETECCION DE FALLAS, TESTEO Y CALIBRACION) DEL MISMO A USUARIOS Y A TECNICOS CORRESPONDIENTES. *GARANTIA ESCRITA DE 2 AÑOS COMO MINIMO CON SERVICIO TECNICO ANTE CUALQUIER FALLA INCLUYENDO LOS REPUESTO Y/O MATERIALES NECESARIOS A PARTIR DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA INSTITUCION.					
						TOTAL	5.500.000	

EXIMPAR S.R.L., en los Ítems (Nº: 2, 3), respectivamente por un monto total de Gs. **87.930.100**.- **(OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIEN).-**

CHAPENTIER S.R.L., en el Ítem (Nº: 5), respectivamente por un monto total de Gs. **7.990.000**.- **(SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL).-**

GBO MEDICAL., en los Ítems (Nº: 6 y 8), respectivamente por un monto total de Gs. **32.725.000**.- **(TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL).-**

IN SITU S.A., en el Ítem (Nº: 7), respectivamente por un monto total de Gs. **5.290.000**.- **(CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL).-**

El ítem Nº 1, fue declarado desierto.

El total adjudicado asciende a la suma de Gs. 139.435.100.- (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN.-).

Esta comunicación es entregada de modo a dar cumplimiento a la Resolución MH/SSEAF/UCNT Nº 415/07.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente.

LIC. ARTURO NUÑEZ ARCE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LAB. CENTRAL – M.S.P Y B.S.

DR. GUSTAVO CHAMORRO
DIRECTOR GENERAL
LAB. CENTRAL – M.S.P Y B.S.

CHACO INTERNACIONAL S.A.
Everlloroce
12/12/12