Ministerio Público
Republica del Paraguay
Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal

MEMORANDO N° 740/2015

A : **Econ. Guido Burgos, Director**
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **Lic. Dolly Fernández de Mereles, Directora**
Dirección Adm. del Gab. de Apoyo Técnico Fiscal

TEMA : Respuesta sobre L.P.N. N° 05/2015.

FECHA : 21 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto el Memorandum DML y CF N° 23/2015 correspondiente a la respuesta de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con respecto a la consulta sobre la Licitación Pública Nacional N° 05/2015 "Adquisición de Instrumentales, Reactivos y otros Materiales Médicos".

Atentamente.

Lic. Dolly Fernández de Mereles
Directora Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Ministerio Público

21 ABR. 2015
Fecha: ... Hora: 13:00
Recibido por: Luis Enrique Maciel Fleitas
Unidad Operativa de Contratación
Firma: ... Ministerio Público
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Ministerio Público MINISTERIO PÚBLICO
A: Coordinación UOC
☐ Informar
☐ Para el Proceso Pertinente
☐ Analisis Respectivo
OTROS: Proseguir

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C
Ministerio Público

República del Paraguay
Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ministerio Público

Memorándum DML y CF Nº 23-2015

De: Prof. Dr. Pablo E. Lemir M.
Director de Medicina Legal y Ciencias Forenses

A: Lic. Dolly Fernández de Mereles
Dirección. Administrativa - GAT

Ref.: Licitaciones Respuesta al Memo Nº 618/2015

Fecha: 21/04/2015

Con relación al Memo Nº 716/2015 que solicita la verificación de ítems de la Licitación Pública Nacional Nº 05/2015 "Adquisición de Instrumentales Reactivos y otros Materiales Médicos"; con relación al Item Nº 46; señalo cuanto sigue:

Se ha evaluado la documentación presentada por PM y A SA, ante lo cual señalamos que si la propuesta se refiere a la descrpción con Partida Nº BBSTR-XXCF y con el agregado de manijas trasportadoras la misma CUMPLE las especificaciones técnicas necesarias para las bolsas mortuorias.-

En espera de haber prestado el servicio solicitado.-

Prof. Dr. Pablo E. Lemir M.
R.P.N° 5.306
Director de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ministerio Público

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MEDICINA FORENSE

Ministerio Público
Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Nº de Entrada: 837
Fecha: 21 ABR 2015 Hora: 11:39
Firma: ..... Aclaración: Raúl Bogado
Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Ministerio Público

162

Ministerio Público
República del Paraguay
Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal

MEMORANDO N° 716/2015

A : **Dr. Pablo Lemir, Director**
Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses

DE : **Lic. Dolly Fernández de Mereles, Directora**
Dirección Adm. del Gab. de Apoyo Técnico Fiscal

TEMA : Verificación de cumplimiento.

FECHA : 20 de Abril de 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a su Memorando N° 19/2015, en la cual solicita que la empresa P.M. y A. S.A envié folletos o datos de la Bolsa de Transporte de Cadáver en relación al llamado "ADQUISCION DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS". Por tal motivo se adjunta carpeta a fin de verificar si reúne los requisitos (especificaciones técnicas y otros), teniendo en cuenta exclusivamente los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Dicha contestación debe ser proveída en la brevedad posible.

Atentamente.

Lic. Dolly Fernández de Mereles
Directora Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Ministerio Público

20/04/15
12:00 hs.

"Chlorine Free" Medium Duty Body Bags



- Electronic heat-sealed construction to comply with OSHA Reg. 3130
- Standard FEMA Blue Color for visibility as well as to facilitate forensic and documentation photography
- Impervious abrasion resistant and highly tear resistant co-extruded scrim supported polyethylene material highly resistant to zipper tear-out without use of reinforcement tape.
- Available with Dual No. 8 or No. 5 Padlock Style zipper pulls to facilitate opening and closing pouch and allowing use of tamper resistant tags to secure the closure
- Envelope style easy access zipper opening
- 100% Chlorine Free- Environmentally EPA compliant - no PVC (poly-vinyl chloride) material used in manufacturing
- Available packed with our optional BBID-KIT consisting of toe tag, exterior ID tag, personal effects ID tag, red biohazard tag and yellow contamination tags

- Available in infant, child, adult as well as our "Big Girtha" Extra Large Sizes
- Available Colors: femablue (Code 70), black (Code 60) and white (Code 50)
- ***Also Available with handles >>***
- ***Click here to Check Out our 8 Mil Vinyl vs 10 Mil Chlorine Free Material Comparison >>***

Part No	Description	Color	Qty/CS	Lbs/CS	
BBIS-XXCF	22 x 30" (55.88 x 76.20cm) CF Infant Size Straight Zipper Pouch 10 MIL	SEE -XX CODE # BELOW	10	7	
BBCS-XXCF	36 x 60" (91.44 x 152.40 cm) CF Child Size Straight Zipper Pouch 10 MIL	SEE -XX CODE # BELOW	10	14	
BBCS-XXCF-ENV	36 x 60" (91.44 x 152.40 cm) CF Child Size Envelope Zipper Pouch 10 MIL	SEE -XX CODE # BELOW	10	14	
BBENV-XXCF	36 x 94" (91.44 x 238.76 cm) Adult Size Envelope Zipper Pouch 10 MIL	SEE -XX CODE # BELOW	20	39	
BBSTR-XXCF	36 x 94" (91.44 x 238.76 cm) Adult Size Straight Zipper Pouch 10 MIL	SEE -XX CODE # BELOW	20	39	
BBENV-XXCFXL	48 x 100" (122 x 244 cm) XL Adult Size Envelope No. 8 HD Zipper "Big Girtha" Pouch 10 MIL	SEE -XX CODE # BELOW	10	32	
BBENV-70CF-EC	36 x 90" (91.44 x 228.60 cm) Adult Size Envelope Zipper ECO Pouch 10 MIL	Blue	20	38	
MATERIAL COLOR CODES (XX) ARE AS FOLLOWS: -50 = WHITE, -60 = BLACK, -70 = BLUE					

Medical Products. *Made in USA.*

P.M. y A. S.A.

	LOTE 41	
1	Placas radiográficas	Placas radiográficas de 30 x 40 cm
	LOTE 42	
1	Placas radiográficas	Placas radiográficas de 35 x 43 cm
	LOTE 43	
1	Placas radiográficas	Placas radiográficas de 24 x 30 cm
	LOTE 44	
1	Liquido fijador para placas radiográficas	Para equipos automáticos de Placas de RX
	LOTE 45	
1	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Revelador para equipos automáticos de Placas de RX
	LOTE 46	
1	Bolsas de transporte del cadáver	Bolsas de transporte del cadáver de plástico con cierre para adultos

.....

Patricio Eneas Mendoza S.
P.M. y A. S.A.

PM y A S.A.
Río Yhaguy N° 157 c/ Madame Lynch
Fdo. de la Mora - Paraguay

Dirección: Río Yhaguy N° 157 C/ Madame Lynch
Tel/ Fax: (021) 527 779
E-mail: pmyasa@hotmail.com
FDO. DE LA MORA – PARAGUAY

Ministerio Público
República del Paraguay
Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal

MEMORANDO N° 715/2015

A : **Econ. Guido Burgos, Director**
Unidad Operativa de Contratación

DE : **Lic. Dolly Fernández de Mereles, Directora**
Dirección Adm. del Gab. de Apoyo Técnico Fiscal

TEMA : Verificación de cumplimiento.

FECHA : 17 de abril del 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la nota N° 56/2014 del Comité de Evaluación, a los efectos de remitir las carpetas presentadas por las Empresas: CHACO INTERNACIONAL S.A., GT SCIENTIFIC S.A y P.M. y A. S.A, en relación a la Licitación Publica Nacional Nº 05/2015 "ADQUISCION DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS" verificados por la Jefa del Departamento de Quimico-Biològico Dra. Bq. Myriam Fernandez de Correa.

Se adjunta Memorando Nº231/15 de la Dirección de Laboratorio Forense y la Nota D.Q.B. Nº13/2015 .

Atentamente.

Lic. Dolly Fernández de Mereles
Directora Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Ministerio Público

17 ABR. 2015
Fecha: ... / ... / ... Hora: 14:00.
Recibido por: Marcos Rios.
Firma: ...
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Ministerio Público MINISTERIO PÚBLICO
A: Coordinación UOC
☐ Informar
☐ Para el Proceso Pertinente
☐ Analisis Respectivo
OTROS: ...

Econ. Guido F. Burgos E.
Director UOC
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dirección de Laboratorio Forense
"Ciencia y Calidad por la Justicia"
Ministerio Público

MEMORANDUM D.LF. N° 231 /2015

A: **LIC. DOLLY FERNANDEZ DE MERELES**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GABINETE DE APOYO TECNICO FISCAL

DE: **ABG. CARMEN ISABEL BOGADO LEDESMA**
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO FORENSE

REF: **REMITIR NOTA D.Q.B. N° 13/ 2015**

FECHA: **17 de abril de 2015**

Me dirijo a Ud., en contestación al Memorando N° 702/2015 de fecha 15 de abril del corriente año, remitida por la Dirección a su digno cargo. En ese sentido, se eleva, para lo que hubiera lugar, la **NOTA D.Q.B. N° 13/ 2015**, de fecha 17 de abril del corriente, suscrito por la Jefa del Departamento de Químico-Biológico Dra. Bq. Myriam Fernández de Correa.----------

Aprovecho la ocasión para saludarla con la consideración más distinguida.----------

Abg. Carmen Bogado Ledesma
Directora - Laboratorio Forense
Ministerio Público

Ministerio Público
Dirección de Laboratorio Forense

Ministerio Público
Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Nº de Entrada: 817
Fecha: 17 ABR 2015 Hora: 2:30
Firma: Raúl Bogado
Aclaración: Dirección Administrativa
Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal
Ministerio Público

Ministerio Público

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
LABORATORIO FORENSE
DEPARTAMENTO QUIMÍCO – BIOLÓGICO

Asunción, 17 de abril de 2015

Nota D.Q.B N° 13/2015

Señora
Abg. Carmen Isabel Bogado Ledesma
Directora Laboratorio Forense.
Ministerio Público

Me dirijo a Ud. en atención al Memorando N° 702/2015 de la Dirección Administrativa del Gabinete de Apoyo Técnico Fiscal en el que se solicita "Verificar los requisitos (Especificaciones técnicas y otros) en relación a la L.P.N N° 05/2015 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS".

CHACO INTERNACIONAL

Lote	Concepto	Observaciones
1	Hisopos	Cotiza lo solicitado
5	Gorro desechable	Cotiza lo solicitado
6	Microdispensadores eléctricos para volumen variable	Cotiza lo solicitado
8	Pipetas automáticas	Cotiza lo solicitado
9	Pipetas automáticas	Cotiza lo solicitado
10	Pipetas Pasteur	Cotiza lo solicitado
11	Mango de bisturí	Cotiza lo solicitado
13	Liners para comatógrafo	Cotiza lo solicitado. Cumple las especificaciones técnicas, en atención a que la oferta corresponde a productos ya utilizados en el servicio.
14	Jeringa de inyección para cromatografía	Cotiza lo solicitado
15	Ensamble de filamento para cromatógrafo	Cotiza lo solicitado
16	Perfluoruro terbutil amina	Cumple
21	Reactivo para detección forense de orina	Cotiza lo solicitado. Cumple las especificaciones técnicas, en atención a que la oferta corresponde a productos ya utilizados en el servicio.
22	Fosfatasa ácida	Cotiza lo solicitado. Cumple las especificaciones técnicas, en atención a que la oferta corresponde a productos ya utilizados en el servicio.
23	Kit para inmunofluorescencia	Cumple
25	Reactivo para detección de droga estupefaciente	Cumple
26	Reactivo para detección de droga estupefaciente	Cumple
27	Reactivo para detección de bendoziacepinas	Cumple
28	Reactivo para detección de droga estupefaciente	Cumple
29	Reactivo para detección de droga estupefaciente	Cumple
30	Reactivo para detección de droga estupefaciente	Cumple
40	Revelador de mancha de sangre oculta	Cotiza lo solicitado. Cumple las especificaciones técnicas, en atención a que la oferta corresponde a productos ya utilizados en el servicio.

Ministerio Público

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
LABORATORIO FORENSE
DEPARTAMENTO QUIMÍCO – BIOLÓGICO

GT SCIENTIFIC

Lote	Concepto	Observaciones
6	Microdispensadores eléctricos para volumen variable	Cumple
7	Tubo para hemólisis	Cumple
8	Pipetas automáticas	No cumple. Los vástagos del botón dispensador no están recubiertos con material de plástico.
9	Pipetas automáticas	No cumple. Los vástagos del botón dispensador no están recubiertos con material de plástico.
10	Pipetas Pasteur	Cotiza lo solicitado
11	Mango de Bisturí	Cumple
13	Liners para comatógrafo	Cumple
14	Jeringa de inyección para cromatografía	Cumple
16	Perfluoruro terbutil amina	Cumple
17	Bismuto subnitrato	Cumple
18	Placas de Pettri	Cumple
19	Cubetas para cromatografía	Cumple
35	Kit de cuantificación de ADN	Cumple
	Kits Reactivo para amplificación genética.	Cumple
36	Kits Reactivo para amplificación genética.	Cumple
	Kits Reactivo para amplificación genética.	No se puede evaluar. El catálogo remitido no describe el tipo de polímero y capilar con el que es compatible el reactivo.

P.M y A.

Lote	Concepto	Observaciones
1	Hisopos	Cotiza lo solicitado
2	Hisopos	Cotiza lo solicitado
11	Mango de bisturí	Cotiza lo solicitado
17	Bismuto subnitrato	Cumple
18	Placas de Pettri	Cotiza lo solicitado
24	Metanol	Cumple
25	Reactivo para detección de droga estupefaciente	No cumple. No es apto para muestras de otros fluidos biológicos (saliva)
26	Reactivo para detección de droga estupefaciente	No cumple. No es apto para muestras de otros fluidos biológicos (saliva)
27	Reactivo para detección de benzodiacepinas	No cumple. No es apto para muestras de otros fluidos biológicos (saliva)
28	Reactivo para detección de droga estupefaciente	No cumple. No es apto para muestras de otros fluidos biológicos (saliva)
31	Amoníaco pro análisis	Cumple
32	Ácido sulfúrico pro análisis	Cumple
33	Dicromato de potasio	Cumple

Atentamente

Dra. Bq. Myriam Fernández de Correa
Jefa Departamento Químico – Biológico