



## **GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**

### **MEMORANDUM SS N° 172/2021.**

**A:** Lic. Delia Rodríguez; Secretaria de Administración y Finanzas.  
**CC:** Abog. Samuel Giménez; Encargado de UOC.  
**De:** Dr. David Vergara; Secretario Departamental de Salud.  
**Ref.:** Solicitud de Información - RFI."  
**Fecha:** 13 de abril de 2021.-


Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin desolicitar la realización de RFI (solicitud de información) a través de la plataforma de la DNCP sobre precios y cotizaciones referentes a los Insumos Laboratoriales para Equipos Automatizados recientemente adquiridos para el HMI conforme a la LPN Plurianual 02/2020-2021 ID N° 387.121 que se detallan en la planilla adjunta a fin de proseguir con la confección de precios referenciales para el llamado de Adquisición de Insumos Laboratoriales para el HMI.

Este pedido obedece a la dificultad de acceder de forma directa a los precios de las empresas dedicadas al rubro, además cabe mencionar la importancia y urgencia de provisión de estos insumos tan necesarios para la lucha en contra de la Pandemia de Covid 19.

Aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente. -

  
*Dr. David Vergara Recalde*  
**Dr. David Vergara Recalde**  
**Secretario Departamental de Salud**  
**Gobernación de Boquerón.**

Filadelfia- Telefax (595) 4914 32051/ 4



ITEM	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	PRESENTACION
1	GLICEMIA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
2	REACTIVO PARA UREA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
3	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
4	REACTIVO PARA COLESTEROL	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
5	HDL COLESTEROL	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
6	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
7	FOSFATASA ALCALINA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
8	BILIRRUBINA DIRECTA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
9	BILIRRUBINA TOTAL	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
10	REACTIVO PARA CREATININA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
11	GOT	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
12	GPT	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
13	GAMMA G -TEST	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
14	AMILASA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA



*Dr. David Vergara Recalde*  
Secretaría Departamental de Salud

15	PROTEINAS TOTALES	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
16	PROTEINAS(PROTEINURIA) y EN LCR	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
17	ALBÚMINA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
18	CALCIO	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
19	MAGNESIO	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
20	FÓSFORO	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
21	CK MB	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
22	CPK NAC.	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
23	LDH	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
24	HIERRO	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
25	FERRITINA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
27	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Incluido calibradores, controles y hemolizante. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	KIT
28	Detergente	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	FRASCO
29	Calibrador de Quimica Clinica para Analizadores Automaticos	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA


  
 David Vergara Recalde



30	Suero Liofilizado para control de precision en Quimica Clinica 2 Niveles	Reactivo Liquido listo para usar compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
31	CUBETAS PARA AUTOANALIZADOR DE QUIMICA AUTOMATIZADO	Cubetas de Reaccion desechables compatible con equipo automatizado Mindray BS-120 propio del servicio.	PAQUETE X 1000

32	CARTUCHO DE GASOMETRIA	Tarjeta para detectar las sgtes. Determinaciones: PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Lac, HCT compatible con equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
33	CALIBRADOR PARA GASOMETRIA	Pack de calibracion compatible con equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
34	CONTROL DE CALIDAD NIVEL 1	Solución Control Nivel 1 compatible con equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
35	CONTROL DE CALIDAD NIVEL 2	Solución Control Nivel 2 compatible con equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
36	CONTROL DE CALIDAD NIVEL 3	Solución Control Nivel 3 compatible con equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega.	CAJA
37	ROLLO TERMICO	Papel Térmico 4,7. Bobinas para equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio.	ROLLO
38	ADAPTADOR DE CAPILARES	Adaptador para muestras pediatricas compatible con equipo analizador de Gasometria y Electrolitos EDAN I15 propio del servicio.	PAQUETE X 100
39	Diluyente	M30-D Diluent Reactivo liquido listo para usar compatible con equipo automatizado de 3 partes mindray bc-2800 del servicio. vencimiento minimo de 9 meses despues de la entrega	CAJA
40	Detergente	M30-R Rinse Reactivo liquido listo para usar compatible con equipo automatizado de 3 partes mindray bc-2800 del servicio. vencimiento minimo de 9 meses despues de la entrega	CAJA
41	Lavado	M-30E E-Z CLEANSER Reactivo liquido para lavado listo para usar compatible con equipo automatizado de 3 partes mindray bc-2800 del servicio. vencimiento minimo de 9 meses despues de la entrega	FRASCO
42	lisante	M30 -L CFL Reactivo liquido listo para usar compatible con equipo automatizado de 3 partes mindray bc-2800 del servicio. vencimiento minimo de 9 meses despues de la entrega	FRASCO
43	REACTIVO TP	Coagulación. Manual/Automatizado. Presentación en viales de 2 hasta 5 ml. Los reactivos deben ser aprobados por los controles interno y externo de calidad. Con certificado de calidad por el pais de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 100 y 250 determinaciones por presentación.	CAJA


  
 Armara Recalde

44	REACTIVO TTPA	Coagulación. Manual/Automatizado. Los reactivos deben ser aprobados por los controles interno y externo de calidad. Con certificado de calidad por el país de origen. CON CLORURO DE CALCIO INCLUIDO. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.	CAJA
45	ANTI A Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupos sanguíneos. Con certificado de calidad de origen.	Frasco x 10 ml o equivalente
46	ANTI B Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupos sanguíneos. Con certificado de calidad de origen.	Frasco x 10 ml o equivalente
47	ANTI D Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupos sanguíneos. Con certificado de calidad de origen.	Frasco x 10 ml o equivalente

48	REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. - 300	FLOCULACION DIRECTO en placa. Suspensión antigénica estabilizada para realizar la prueba VDRL modificada (USR) de detección de sífilis en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo (LCR). Con certificados de calidad por el país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 200 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.	CAJA
49	ASTO	Aglutinación en látex. Para la detección de Antiestreptolisina O en suero. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de origen. Con controles positivos y negativos incluidos. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 50 y un máximo de 150 determinaciones por presentación.	CAJA
50	FACTOR REUMATOIDE	Prueba rápida en lamina de aglutinacion de latex para la determinacion cuali y semicuantitativa del factor reumatoideo. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del país de origen. Con controles positivos y negativos incluidos. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 50 y un máximo de 150 determinaciones por presentación.	CAJA
51	PROTEINA C REACTIVO (P.C.R.)	Para la deteccion y cuantificacion de proteina C reactiva en suero. Aglutinación directa. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de origen. Con controles positivos y negativos incluidos. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 50 y 150 determinaciones por presentación. Con provisión de equipo Agitador de Placas en comodato, Mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y respuestos incluidos en la oferta durante el tiempo que dure el contrato.	CAJA
52	DENGUE TEST RAPIDO	TEST RÁPIDO DENGUE IgG / IgM con detección de antígeno NS1. Test inmunocromatografico. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 92% y especificidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 determinaciones por presentación.	CAJA



*David Vergara Recalde*  
David Vergara Recalde

53	Test de embarazo - HCG	Test rápido inmunocromatografico en un solo paso. Capacidad de detección a partir de 25 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma. Con certificado de calidad del país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 20 y un máximo de 50 determinaciones por presentación como mínimo.	CAJA
54	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina y sangre. La presentación debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud. Con Certificado de Calidad del país de origen. El inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español. Presentación de entrega: caja de 50 tiras reactivas como mínimo. La convocante podrá solicitar pruebas en laboratorios de referencia de los productos ofertados.	Caja
55	COLORANTE GIEMSA	LISTO PARA USO. Colorante. Los reactivos deben poseer certificado de calidad emitida por la autoridad sanitaria del país de origen, verificado mediante los controles de calidad interno y externo de calidad.	Frasco x 1000 ml. como mínimo
56	COLORANTE MAY GRUNWAL	Droga pura. Los reactivos deben tener 99,9% de pureza, Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. Verificado mediante los controles de calidad interno y externo.	Frasco x 1000 ml. como mínimo

57	COLORANTE DE WRIGHT	LISTO PARA USO. Colorante. Los reactivos deben poseer certificado de calidad emitida por la autoridad sanitaria del país de origen, verificado mediante los controles de calidad interno y externo de calidad.	Frasco x 1000 ml. como mínimo
58	Tubo con anticoagulante - EDTA	Para hematología. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tapones de goma pre-perforado y perforable. Con anticoagulante EDTA. Capacidad de muestra máximo 1 ml.	unidad
59	Tubo con anticoagulante - EDTA	En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.	unidad
60	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN	Para coagulación sanguínea. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tapones de goma pre-perforado y perforable. Con citrato de sodio al 3,8%. Capacidad de muestra máximo 1 ml.	unidad
61	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN	En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo citrato sódico al 3,8%. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.	unidad
62	TUBO DE PLASTICO	TUBOS SEPARADORES DE SUERO. Para QUÍMICA. Con acelerante y gel. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tapones de goma pre-perforado y perforable. Capacidad de muestra 1,5 a 10 ml.	unidad
63	KITS PARA COLORACIÓN GRAM	Kit de coloración. Los colorantes deben contar con certificados de calidad del país de origen. KIT DE COLORACIÓN (4 x 100ml) como mínimo	Caja
64	KITS PARA TINCIÓN ZIEHL - NEELSEN	Kit de coloración. Los colorantes deben contar con certificados de calidad del país de origen. KIT DE COLORACIÓN (3 x 100ml) como mínimo	Caja






65	ACEITE DE INMERSIÓN	Para microscopía, con medio de inclusión. Certificada por la autoridad sanitaria del país de origen.	Frasco x 100 ml. como mínimo
66	DETERGENTE NO IONICO	Detergente tensoactivo no iónico y biodegradable, con certificado de calidad del país de origen, Bidón x 5 litros como mínimo	Bidón x 5000 ml. como mínimo
67	FRASCO RECOLECTOR (para orina)	Frascos para orina de plástico, esteriles, boca ancha, tapa rosca, volumen 80 ml como mínimo, en paquetes individuales	Frasco x 80 ml como mínimo
68	GOMA DE LIGAR	Para extracción de sangre. Presentación individual. Con dispositivo de ajuste.	Unidad
69	GRADILLA PARA TUBOS	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 13 mm de diámetro.	unidad
70	GRADILLA PARA TUBOS	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 13 mm de diámetro.	unidad
71	GRADILLA PARA TUBOS	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 15 mm de diámetro.	unidad
72	GRADILLA PARA TUBOS	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 15 mm de diámetro.	unidad
73	GRADILLA PARA TUBOS	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 19 mm de diámetro.	unidad
74	GRADILLA PARA TUBOS	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 19 mm de diámetro.	unidad
75	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (5 a 50 microlitros)	unidad
76	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (50 a 200 microlitros)	unidad
77	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (200 a 1000 microlitros)	Unidad
78	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 1000 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 1000 ul.	unidad
79	Puntas desechables para pipetas automaticas - Amarillas	Amarillas. Descartables, para volúmenes de 10 A 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa
80	Puntas desechables para pipetas automaticas - Azules	Azules. Descartables, para volúmenes de 100 A 1000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo	Bolsa
81	Puntas desechables para pipetas automaticas - Blanco o transparente	Blanco o transparente. Descartables, para volúmenes de 1 a 10 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa
82	PIPETA PASTEUR	DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN	unidad
83	TUBOS DE CENTRÍFUGA CONICOS DE PLÁSTICO	CON TAPA. Tubos de polipropileno de alta transparencia de 15 mililitros de capacidad con tapa. Aptos para centrifugación. Autoclavables	unidad



*Dr. David Vergara Recalde*  
 Secretario Departamental de Salud  
 Gobernación de Boquerón