INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	1	10776	ABCIXIMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	1	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	2	11006	ACENOCUMAROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	2	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	3	8234	ACETATO DE HIDROCORTISONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	3	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	4	8079	ACETAZOLAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	4	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	5	10777	ACICLOVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	5	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	6	10778	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	6	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	8	8238	ÁCIDO FÓLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	8	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	9	8080	ÁCIDO FUSÍDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	9	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	10	10780	ACIDO LÁCTICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	10	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	11	10781	ACIDO TRANSRETINOICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	11	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	12	10782	ACIDO ZOLEDRÓNICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	12	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	13	8081	ACTINOMICINA D	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	13	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	14	10531	ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	14	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	15	10783	ADALIMUMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	15	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	16	10532	ADENOSINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	16	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	17	8082	ADRENALINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	17	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	18	8083	ADRIAMICINA/DOXORUBICINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	18	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	19	10533	AGALSIDASA ALFA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	19	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	20	10784	ALANTOINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	20	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	21	8084	ALBENDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	21	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	22	8085	ALBUMINA HUMANA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	22	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	23	8240	ALCOHOL BENCÍLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	23	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	24	8086	ALENDRONATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	24	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	25	10785	ALFA INTERFERON	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	25	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	26	8087	ALFA METILDOPA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	26	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	27	10786	ALFACALCIDOL (VIT. D3) /1-25 DIHIDROCOLECALCIFEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	27	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	28	8089	ALFENTANIL CITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	28	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	29	10787	ALLOPURINOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	29	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	30	8242	ALMIDÓN DE MAÍZ	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	30	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	31	8243	ALMIDÓN GLICOLATO SÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	31	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	32	8090	ALPRAZOLAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	32	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	33	10534	AMANTADINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	33	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	34	8091	AMBROXOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	34	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	35	8092	AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	35	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	36	8093	AMIDOTRIZOATO DE SODIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	36	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	37	10788	AMIKACINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	37	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	38	10789	AMILORIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	38	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	39	10535	AMINOFILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	39	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	40	8094	AMIODARONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	40	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	41	8095	AMITRIPTILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	41	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	42	10536	AMLODIPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	42	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	43	8245	AMOXICILINA TRIHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	43	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	44	11007	AMPICILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	44	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	45	8096	ANFOTERICINA B	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	45	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	46	8098	ANTAZOLINA FOSFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	46	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	47	9594	APROTININA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	47	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	48	10537	ATENOLOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	48	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	49	10790	ATORVASTATINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	49	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	50	8099	ATROPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	50	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	51	8100	AZATIOPRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	51	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	52	10538	AZITROMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	52	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	53	10791	BACITRACINA ZINC	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	53	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	54	8101	ACIDO BENCENO SULFÓNICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	54	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	55	10539	BENZALCONIO CLORURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	55	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	57	8247	BENZOATO DE SODIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	57	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	58	10792	BENZOCAINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	58	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	59	8103	BESILATO DE ATRACURIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	59	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	60	10540	BETAHISTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	60	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	61	10541	BETAMETASONA BASE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	61	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	62	8104	BETAMETASONA FOSFATO DISÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	62	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	63	10793	BEVACIZUMAD	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	63	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	64	10542	BEZAFIBRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	64	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	65	10794	BIFIDOBACTERIUM BREVIS 1 X 10 6 U.F.C.(como mínimo)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	65	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	66	10795	BIFONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	66	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	67	8105	BIPERIDENO HCL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	67	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	68	10796	BISACODILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	68	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	69	8106	BLEOMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	69	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	70	10797	BORTEZOMIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	70	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	71	9596	BRIMONIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	71	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	72	8107	BROMAZEPAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	72	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	73	8108	BROMEXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	73	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	74	10798	BROMOCRIPTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	74	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	75	8109	B-SITOSTEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	75	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	76	8110	BUPIVACAÍNA HCL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	76	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	77	10799	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	77	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	78	10544	CABERGOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	78	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	79	8249	CAFEÍNA ANHIDRA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	79	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	80	10800	CALCIO CARBONATO ANHIDRO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	80	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	81	10801	CAPECITABINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	81	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	82	8111	CAPROATO 17 HIDROXIPROGESTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	82	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	83	10545	CARBACOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	83	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	84	8112	CARBAMAZEPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	84	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	85	10802	CARBIDOPA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	85	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	86	10803	CARBOMERO 940	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	86	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	87	8113	CARBOPLATINO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	87	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	88	8114	CARISOPRODOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	88	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	89	10546	CARMUSTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	89	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	90	10804	CARTICAINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	90	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	91	9597	CARVEDILOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	91	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	92	8253	CEFALEXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	92	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	93	10805	CEFAZOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	93	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	94	8115	CEFIXIMA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	94	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	95	8116	CEFOPERAZONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	95	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	96	8117	CEFOTAXIMA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	96	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	97	8118	CEFTAZIDIMA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	97	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	98	8119	CEFTRIAXONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	98	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	99	10806	CETIRIZINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	99	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	100	8254	CICLAMATO DE SODIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	100	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	101	10807	CICLOBENZAPRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	101	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	102	9598	CICLOPENTOLATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	102	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	103	8120	CICLOPIROXOLAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	103	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	104	8121	CICLOSFOSFAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	104	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	105	8122	CICLOSPORINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	105	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	106	10808	CILASTATINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	106	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	107	10809	CINITAPRIDE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	107	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	108	8123	CIPROFLOXACINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	108	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	109	10810	CIPROTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	109	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	110	8124	CISPLATINO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	110	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	111	10811	CITARABINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	111	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	112	8125	CITICOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	112	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	113	10812	CITIDIN -5- MONOFOSFATO DISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	113	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	114	8255	CITRATO DE HIERRO AMONIACAL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	114	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	115	10547	CITRATO DE MAGNESIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	115	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	116	8126	CLARITROMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	116	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	117	8127	CLINDAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	117	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	118	8128	CLOBETAZOL PROPIONATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	118	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	119	9600	CLOBUTINOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	119	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	120	8129	CLONAZEPAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	120	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	121	10548	CLONIXINATO DE LISINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	121	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	122	10813	CLOPIDOGREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	122	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	123	10549	CLORANFENICOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	123	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	124	10814	CLORFENIRAMINA MALEATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	124	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	125	10815	CLOREXIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	125	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	126	8130	CLORMIPRAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	126	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	127	8261	CODEÍNA FOSFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	127	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	128	9603	COLAGENASA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	128	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	129	8131	COLFOSFERILO PALMITATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	129	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	130	9604	COLISTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	130	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	131	10816	COMPLEJO PROTROMBÍNICO HUMANO (FACTOR IX - II - VII - X -PROTEÍNAS C -S)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 089-017/12- RCA N°017-019/18	131	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	132	9605	CONDROITIN SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	132	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	133	10550	DABIGATRAN ETEXILATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	133	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	134	10817	DACARBAZINA (DTIC)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	134	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	135	10551	DEFERASIROX	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	135	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	136	9606	DESMOPRESINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	136	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	137	10818	DESOGESTREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	137	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	138	8132	DEXAMETASONA ACETATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	138	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	139	10552	DEXAMETASONA BASE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	139	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	140	8133	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	140	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	141	8134	DEXAMETASONA PIVALATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	141	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	142	10553	DEXTRO PROPOXIFENO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	142	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	143	8265	DEXTROMETORFAN BROMHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	143	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	144	10554	DIAZEPAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	144	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	145	8266	DICLOFENAC SÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	145	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	146	10819	DICLOROFLUORESCEINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	146	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	147	8267	DICLOROTIAZIDE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	147	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	148	8135	DIFENIL HIDANTOÍNA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	148	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	149	10820	DIGOXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	149	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	150	8136	DILTIAZEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	150	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	151	10821	DIOSMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	151	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	152	10822	DIPIRONA/METAMIZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	152	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	153	10823	DIVALPROATO DE SODIO/DIVALPROEX SODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	153	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	154	8137	DOBUTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	154	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	155	10824	DOCETAXEL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	155	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	156	10825	DOMPERIDONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	156	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	157	10555	DONEPECILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	157	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	158	10826	DOPAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	158	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	159	10827	DORNASA ALFA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	159	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	160	10828	DORZOLAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	160	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	161	9607	DOXICICLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	161	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	162	10830	DROSPIRENONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	162	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	163	9609	DROTECOGIN ALFA ACTIVADO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	163	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	164	8268	EFEDRINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	164	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	165	10556	EFEDRINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	165	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	166	8139	ENALAPRIL MALEATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	166	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	167	8140	ENALAPRILATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	167	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	168	10557	ENANTATO DE PROGESTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	168	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	169	8141	EPINEFRINA BITARTRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	169	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	170	10558	EPOYETINA BETA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	170	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	171	9610	EPTIFIBATIDE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	171	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	172	10831	ERGONOVINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	172	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	173	11010	ERITROMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	173	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	174	10559	ERITROPOYETINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	174	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	175	10832	ERLOTINIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	175	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	176	10833	ERTAPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	176	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	177	8142	ESPIROLACTONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	177	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	178	8102	BENZOATO DE ESTRADIOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	178	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	179	10561	ESTRADIOL VALERATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	179	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	180	10560	ESTREPTOQUINASA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	180	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	181	10562	ESTRIOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	181	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	182	8144	ETAMSILATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	182	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	183	8145	ETINIL ESTRADIOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	183	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	184	10563	ETER GLICERIL GUAYACOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	184	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	185	9611	ETILEFRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	185	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	186	8146	ETOMIDATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	186	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	187	8147	ETOPOSIDE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	187	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	188	9612	FACTOR IX LIOFILIZADO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	188	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	189	10564	FACTOR VIII LIOFILIZADO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	189	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	190	8148	FENAZOPIRIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	190	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	191	9613	FENILEFRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	191	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	192	8237	FENOBARBITAL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	192	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	193	8280	FENOFTALEINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	193	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	194	10845	FENTANILO CITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	194	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	195	10846	FILGRASTIM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	195	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	196	8150	FLUCONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	196	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	197	9614	FLUDARABINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	197	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	198	8151	FLUMAZENIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	198	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	199	8152	FLUOROURACILO 5	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	199	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	200	10847	FLUOXETINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	200	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	201	9615	FLUTICASONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	201	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	202	10848	FUROSEMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	202	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	203	10849	GABAPENTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	203	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	204	10850	GAMA GLOBULINA HUMANA ANTITETANICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	204	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	205	8153	GANCYCLOVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	205	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	206	9618	GEMCITABINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	206	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	207	8154	GENTAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	207	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	208	8155	GLIBENCLAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	208	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	209	8282	GLICERINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	209	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	210	8283	GLICEROFOSFATO DE HIERRO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	210	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	211	8284	GLICEROFOSFATO DE MAGNESIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	211	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	212	8285	GLICEROFOSFATO DE POTASIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	212	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	213	8286	GLICEROFOSFATO DE SODIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	213	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	214	10851	GLIMEPRIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	214	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	215	9619	GLUCONATO DE ZINC	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	215	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	216	9620	GLUCOSAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	216	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	217	10565	GLUTARALDEHIDO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	217	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	218	8156	HALOPERIDOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	218	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	219	10852	HALOPERIDOL DECANOATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	219	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	220	8157	HALOTANO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	220	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	221	10566	HEPARINA DE BAJO MOLECULAR (ENOXAPARINA SODICA)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	221	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	222	8158	HEPARINA SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	222	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	223	9621	HEXOPRENALINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	223	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	224	9622	HIALURONIDASA TESTICULAR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	224	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	225	9623	HIALURONIDATO DE SODIO / ÁCIDO HIALURÓNICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	225	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	226	10567	HIDROCORTISONA BASE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	226	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	227	9624	HIDROXIPROPIL METIL CELULOSA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	227	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	228	10568	HIDROXICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	228	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	229	9625	HIDROXICLOROQUINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	229	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	230	8159	HIDROXIUREA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	230	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	231	9626	HIERRO PARENTERAL (100 MG FE)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	231	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	232	10569	HIERRO SACARATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	232	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	233	10853	HOMATROPINA METILBROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	233	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	234	10570	IBUPROFENO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	234	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	235	8160	IFOSFAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	235	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	236	10855	IMATIMIB (CRISTAL BETA)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	236	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	237	8161	IMIPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	237	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	238	10571	IMIQUIMOD	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	238	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	239	10856	INMUNOGLOBULINA ANTI "D"	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	239	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	240	10857	INMUNOGLOBULINA NORMAL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	240	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	241	10858	INSULINA CRISTALINA HUMANA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	241	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	242	9628	INSULINA GLARGINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12 RCA N°017-019/18	242	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	243	10859	INSULINA LISPRO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12 RCA N°017-019/18	243	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	244	10860	INSULINA NPH HUMANA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	244	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	245	8162	INTERFERÓN 2	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	245	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	246	8163	INTERFERON B 6.000.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	246	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	247	10861	INTERFERON BETA 1 A 6.000.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	247	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	248	10862	INTERFERON BETA 1 A 12.000.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	248	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	249	10863	IPRATROPIO, BROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	249	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	250	10864	IRINOTECAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	250	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	251	10865	ISOFLURANO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	251	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	252	10866	ISOPROPAMIDA, IODURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	252	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	253	8165	ISOSORBIDE DINITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	253	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	254	8166	ISOSORBIDE MONONITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	254	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	255	9631	ISOTRETINOINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	255	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	256	10867	IVERMECTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	256	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	257	8167	KETAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	257	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	258	10572	KETOROLAC TROMETAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	258	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	259	8292	KOLLIDÓN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	259	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	260	10868	L- ASPARAGINASA 10.000 UI.	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	260	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	261	9632	LABETALOL CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	261	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	262	10869	LACTOBACILLUS CASEI 3,3 X 10 7 U.F.C. (COMO MINIMO)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	262	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	263	10870	LACTOBACILLUS PLANTARUN 3,3 X 10 7 U.F.C. (COMO MINIMO)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-017/12-RCA N°017-019/18	263	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	264	8294	LACTOSA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	264	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	265	10871	LAMIVUDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	265	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	266	10573	LAMOTRIGINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	266	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	267	8295	LANOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	267	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	268	10872	LAPATINIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	268	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	269	10574	LATANOPROST	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	269	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	270	8168	LEFLUNOMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	270	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	271	10873	LETROZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	271	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	272	10874	LEUCOVORINA CALCICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	272	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	273	10575	LEUPROLIDE (LEUPRORELINA)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	273	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	274	10875	LEVETIRACETAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	274	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	275	10876	LEVODOPA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	275	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	276	9634	LEVOFLOXACINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	276	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	277	9635	LEVOMEPROMAZINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	277	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	278	10577	LEVONORGESTREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	278	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	279	9636	LEVOSULPIRIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	279	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	280	8169	LEVOTIROXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	280	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	281	10877	LIDOCAINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	281	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	282	10878	LINESTRENOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	282	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	283	9637	LINFOGLOBULINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	283	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	284	10578	LITIO CARBONATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	284	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	285	9638	LOSARTAN POTÁSICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	285	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	286	10879	MAGNESIO SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	286	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	287	8298	MEBENDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	287	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	288	10880	MECLIZINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	288	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	289	8171	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	289	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	290	8172	MELFALAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	290	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	291	10881	MELOXICAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	291	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	292	10882	MEMANTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	292	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	293	10579	MEPIVACAINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	293	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	294	10883	MERCAPTOCTAN SULFONATO SODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	294	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	295	8173	MERCAPTOIMIDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	295	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	296	8174	MERCAPTOPURINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	296	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	297	8175	MEROPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	297	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	298	10884	MESALASINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	298	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	299	10885	METFORMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	299	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	300	8301	METIL PARABEN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	300	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	301	8176	METIL PREDNISOLONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	301	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	302	10886	METOCLOPRAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	302	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	303	8177	METOTREXATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	303	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	304	10580	METOXIPOLIETILENGLICOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	304	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	305	8178	METRONIDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	305	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	306	10887	MEZCLA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN FORMA DE SALES PARA SU EMPLEO EN RAYOS X PARA SER ESTUDIADOS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	306	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	307	10581	MICOFENOLATO ÁCIDO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	307	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	308	8179	MICOFENOLATO MOFETIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	308	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	309	10888	MICONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	309	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	310	8181	MIDAZOLAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	310	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	311	10582	MITOMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	311	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	312	10889	MITOXANTRONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	312	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	313	9639	MONOSULFIRAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	313	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	314	8182	MOPERIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	314	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	315	10890	MORFINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	315	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	316	8183	NEOMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	316	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	317	10583	NIACINAMIDA/VITAMINA B3	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	317	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	318	8302	NICOTINAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	318	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	319	10892	NILOTINIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	319	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	320	10584	NIMODIPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	320	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	321	10585	NISTATINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	321	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	322	8185	NITROFURANTOINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	322	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	323	10586	NITROFURAZONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	323	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	324	8186	NITROGLICERINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	324	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	325	10896	NITROPRUSIATO DE SODIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	325	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	326	8187	NORADRENALINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	326	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	327	10893	NORETISTERONA ENANTATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	327	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	328	10894	NORGESTREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	328	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	329	10895	OCTREOTIDA ACETATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	329	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	330	10587	OLANZAPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	330	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	331	8188	OMEPRAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	331	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	332	8189	ONDANSETRON CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	332	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	333	10588	OSELTAMIVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	333	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	334	8190	OXACILINA SODICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	334	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	335	8191	OXALIPLATINO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	335	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	336	10589	OXCARBAZEPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	336	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	337	8192	OXIBUTININA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	337	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	338	8304	OXIDO DE ZINC	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	338	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	339	8193	OXITOCINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	339	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	340	8194	PACLITAXEL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	340	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	341	10897	PALIVIZUMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	341	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	342	8195	PANCREATINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	342	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	343	10898	PANCURONIO BROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	343	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	344	8305	PANTOTENATO DE CALCIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	344	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	345	8306	PAPAVERINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	345	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	346	8307	PARACETAMOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	346	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	347	10899	PEGFILGASTRIM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	347	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	348	10900	PEGINTERFERON ALFA 2 A	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	348	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	349	10590	PEMETREXED	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	349	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	350	8197	PENICILINA 10.000.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	350	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	351	10901	PENICILINA 1.200.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	351	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	352	10902	PENICILINA G SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	352	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	353	8198	PENTOXIFILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	353	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	354	10903	PEROXIDO DE BENZOILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	354	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	355	8199	PILOCARPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	355	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	356	10904	PIOGLITAZONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	356	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	357	8200	PIPERACILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	357	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	358	8309	PIRAMIDÓN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	358	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	359	8201	PIRAZOLONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	359	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	360	10905	PIRIDOSTIGMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	360	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	361	9640	POLIDOCANOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	361	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	362	10906	POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	362	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	363	8202	POLIMIXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	363	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	364	9641	PRAMIPEXOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	364	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	365	10908	PRASTERONA, ENANTATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	365	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	366	10909	PREDNISOLONA METIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	366	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	367	8310	PREDNISONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	367	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	368	10591	PREGABALINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	368	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	369	8311	PROCAÍNA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	369	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	370	8204	PROCARBAZINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	370	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	371	8205	PROPANOLOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	371	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	372	8206	PROPILTIOURACILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	372	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	373	10592	PROPINOXATO CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	373	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	374	10910	PROPOFOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	374	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	375	10593	PROTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	375	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	376	8207	PSEUDOEFRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	376	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	377	10594	PYGEUM AFRICANUM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	377	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	378	10911	RACECADOTRIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	378	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	379	8208	RANITIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	379	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	380	10912	RIFAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	380	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	381	8209	RIFAMPICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	381	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	382	10913	RILUZOLE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	382	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	383	10595	RISPERIDONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	383	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	384	9642	RITUXIMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	384	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	385	8314	SACARINA SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	385	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	386	10596	SALBUTAMOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	386	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	387	9643	SALMETEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	387	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	388	10597	SERENOA REPENS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	388	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	389	9644	SERTACONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	389	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	390	11008	SEVOFLURANO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	390	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	391	8315	SIMETICONA (DIMETIL POLISILOXANO)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	391	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	392	10914	SOMATROPINA (HORMONA DE CRECIMIENTO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	392	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	393	10598	SORAFENIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	393	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	394	8210	SUCRALFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	394	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	395	10916	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	395	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	396	8211	SULBACTAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	396	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	397	8320	SULFACETAMIDA SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	397	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	398	9645	SULFADIAZINA DE PLATA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	398	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	399	8212	SULFAMETOXAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	399	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	400	8321	SULFANILAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	400	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	401	8322	SULFATO FERROSO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	401	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	402	8213	SURFACTANTE PULMONAR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	402	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	403	10917	TACROLIMUS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	403	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	404	8323	TALCO MEDICINAL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	404	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	405	10918	TALIDOMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	405	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	406	8214	TAMOXIFENO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	406	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	407	10919	TAMSULOSINA HCL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	407	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	408	8324	TARTRATO ERGOTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	408	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	409	8215	TAZOBACTAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	409	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	410	10599	TELBIVUDINE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	410	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	411	10920	TELMISARTAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	411	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	412	10600	TEMOZOLAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	412	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	413	8325	TERPINA HIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	413	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	414	10921	TESTOSTERONA ENANTATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	414	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	415	8216	THIORIDAZINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	415	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	416	8326	TIABENDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	416	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	417	10922	TIBOLONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	417	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	418	8217	TICLOPIDINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	418	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	419	10601	TIGECICLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	419	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	420	9646	TIMOGLOBULINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	420	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	421	8218	TIMOLOL MALEATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	421	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	422	8219	TINIDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	422	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	423	8328	TIOCOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	423	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	424	8220	TIOPENTAL SÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	424	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	425	10923	TIOTROPIO BROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	425	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	426	9647	TIROFIBAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	426	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	427	8329	TIROTRICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	427	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	428	9648	TOBRAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	428	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	429	10924	TOCILIZUMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	429	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	430	10602	TOLTERODINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	430	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	431	10603	TOPIRAMATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	431	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	432	11262	TOPOTECAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	432	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	433	10926	TRABECTIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	433	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	434	10604	TRAMADOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	434	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	435	10927	TRASTUZUMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	435	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	436	10605	TRAZODONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	436	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	437	8221	TRIMEBUTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	437	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	438	10606	TRIMETOPRIM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	438	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	439	8222	TRIPTORELINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	439	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	440	8223	TROPICAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	440	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	441	8330	TWEEN 60	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	441	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	442	8331	TWEEN 80	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	442	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	443	10928	URIDIN - 5- DIFOSFATO DISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	443	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	444	10929	URIDIN - 5- MONOFOSFATO DISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	444	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	445	10930	URIDIN - 5- TRIFOSFATO TRISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	445	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	446	8224	VACUNA ANTIHAEMOPHILUS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	446	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	447	10607	VALGANCICLOVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	447	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	448	10931	VANCOMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	448	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	449	8334	VASELINA SÓLIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	449	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	450	9649	VENLAFAXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	450	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	451	8227	VERAPAMILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	451	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	452	10608	VINBLASTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	452	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	453	8228	VINCRISTINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	453	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	454	10932	VINORELBINE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	454	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	455	8229	VIOLETA DE METILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	455	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	456	10933	VITAMINA A	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	456	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	457	8335	VITAMINA B12/CIANOCOBALAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	457	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	458	8336	VITAMINA B2/RIBOFLAVINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	458	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	459	8337	VITAMINA B6/PIRIDOXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	459	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	460	8338	VITAMINA C/ACIDO ASCORBICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	460	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	461	8339	VITAMINA D3/COLECALCIFEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	461	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	462	8340	VITAMINA E HIDROSOLUBLE/a-TOCOFEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	462	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	463	8341	VITAMINA K/FITOMENADIONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	463	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	464	8230	WARFARINA SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	464	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	465	8231	XILOCAÍNA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	465	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	466	10609	ZOLPIDEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	466	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	467	10979	ACIDO TRANEXÁMICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	467	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	468	10980	ATOSIBAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	468	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	469	10981	BASILIXIMAB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	469	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	470	10982	BIAPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	470	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	471	10983	BOSENTAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	471	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	472	10984	CIPROFIBRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	472	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	473	10985	CISATRACURIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	473	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	474	10986	DEXMEDETOMIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	474	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	475	10987	ESOMEPRAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	475	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	476	10988	ETANERCEPT	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	476	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	477	10989	EVEROLIMUS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	477	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	478	10990	GALANTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	478	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	479	10992	ILOPROST	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	479	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	480	10994	LENALIDOMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	480	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	481	10995	L-MALEATO DE SUNITINIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	481	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	482	10996	NEBIVOLOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	482	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	483	10997	PVC 13 VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13 VALENTE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	483	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	484	10998	QUETIAPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	484	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	485	10999	REMIFENTANILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	485	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	486	11000	SEVELAMER CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	486	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	487	11001	SILDENAFIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	487	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	488	11002	SIROLIMUS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	488	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	489	11003	SITAGLIPTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	489	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	490	11004	TERLIPRESINA ACETATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	490	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	491	11005	TOXINA CLOSTRIDIUM BOTULINICA TIPO A (CEPA CBFC 26)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	491	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	492	11232	CLOTRIMAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	492	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	493	11233	KETOCONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	493	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	494	11234	MANITOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	494	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	495	11235	DICLOFENAC POTASICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	495	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	496	11236	ACIDO SALICÍLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	496	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	497	11237	PENICILINA G BENZATINICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	497	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	498	11238	PENICILINA V	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	498	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	499	11239	PROGESTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	499	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	500	11240	NEOSTIGMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	500	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	501	11241	TETRAZOLINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	501	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	502	11242	VEMURAFENIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	502	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	503	11243	VITAMINA" B1" / TIAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	503	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	504	11244	AMINOACIDOS	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	504	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	505	11245	URIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	505	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	506	11246	LOXAPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	506	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	507	11247	CARBONATO DE CALCIO PATRON PRIMARIO PARA QUELATOMETRIA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	507	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	508	11248	OXALATO DE SODIO PATRON PRIMARIO PARA VOLUMETRÍA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	508	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	509	11249	DICROMATO DE POTASIO PATRON PRIMARIO PARA VOLUMETRÍA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	509	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	510	8354	2,6-DICLOROFENOL INDOFENOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	510	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	511	8355	2,6-DICLOROQUININA-4-CLONIDINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	511	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	512	8356	ACETANILIDA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	512	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	513	8357	ACETATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	513	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	514	8358	ACETATO DE COBALTO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	514	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	515	8359	ACETATO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	515	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	516	8360	ACETATO DE PLOMO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	516	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	517	8361	ACETATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	517	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	518	8362	ACETATO DE SODIO CRISTALIZADO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	518	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	519	8363	ACETATO DE URANIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	519	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	520	8364	ACETATO DE ZINC	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	520	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	521	8365	ACIDO AMINOBENZOICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	521	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	522	8366	ACIDO BENZOÍCO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	522	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	523	8367	ACIDO BÓRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	523	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	524	8368	ACIDO CÍTRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	524	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	525	8369	ACIDO FOSFOMOLÍBDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	525	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	526	8370	ACIDO FOSFOTUNGSTICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	526	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	527	8371	ACIDO HEPTANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	527	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	528	8374	ACIDO MOLÍBDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	528	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	529	8375	ACIDO OCTANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	529	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	530	8376	ACIDO OXÁLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	530	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	531	8377	ACIDO PENTANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	531	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	532	8379	ACIDO SALICÍLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	532	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	533	8380	ACIDO SULFANÍLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	533	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	534	8381	ACIDO SULFOSALICÍLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	534	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	535	8382	ACIDO TÁNICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	535	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	536	8383	ACIDO TÁNICO EN ALCOHOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	536	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	537	8384	ACIDO TARTÁRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	537	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	538	8385	ACIDO TRICLOROACÉTICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	538	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	539	8386	ACIDO TUNGSTICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	539	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	540	8387	ALFANAFTOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	540	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	541	8388	ALMIDÓN SOLUBLE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	541	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	542	8389	AMARILLO DE TITANIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	542	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	543	8390	AMONIO CARBONATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	543	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	544	8391	AMONIO CERIO NITRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	544	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	545	8392	AMONIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	545	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	546	8393	AMONIO HEPTAMOLIBDATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	546	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	547	8394	AMONIO OXALATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	547	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	548	8395	AMONIO PERSULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	548	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	549	8396	AMONIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	549	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	550	8397	AMONIO TIOCIANATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	550	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	551	8398	ANARANJADO DE METILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	551	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	552	8399	ANHIDRO ARSENIOSO/TRIOXIDO DE ARSÉNICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	552	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	553	8400	ANTIMONIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	553	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	554	8401	AZUFRE EN POLVO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	554	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	555	8402	AZUL DE BROMOTIMOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	555	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	556	8403	AZUL DE METILENO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	556	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	557	8404	AZUL DE TETRAZOILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	557	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	558	8405	AZUL DE TIMOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	558	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	559	8406	BARIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	559	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	560	8407	BARIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	560	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	561	8408	BENZIDINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	561	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	562	8409	BENZOATO DE SODIO (POLVO)	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	562	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	563	8410	BENZONAFTOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	563	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	564	8411	BICARBONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	564	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	565	8412	BICLORURO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	565	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	566	8413	BICROMATO DE POTASIO/BICROMATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	566	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	567	8414	BIODURO DE MERCURIO ROJO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	567	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	568	8415	BIÓXIDO DE TITANIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	568	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	569	8416	BIPIRIDINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	569	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	570	8417	BISMUTATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	570	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	571	8418	BROMURO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	571	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	572	8419	BROMURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	572	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	573	8420	BROMURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	573	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	574	8421	CALCIO CLORURO BIHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	574	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	575	8422	CALCIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	575	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	576	8423	CARBÓN VEGETAL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	576	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	577	8424	CARBONATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	577	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	578	8425	CARBONATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	578	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	579	8426	CARBONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	579	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	580	8427	CERIO Y AMONIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	580	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	581	8428	CIANURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	581	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	582	8429	CITRATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	582	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	583	8430	CLORAMINA T	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	583	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	584	8431	CLORATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	584	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	585	8432	CLOROACETONILIDA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	585	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	586	8433	CLORURO DE BARIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	586	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	587	8434	CLORURO DE CALCIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	587	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	588	8435	CLORURO DE COBALTO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	588	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	589	8436	CLORURO DE ESTAÑO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	589	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	590	8437	CLORURO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	590	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	591	8438	CLORURO DE NITROBENZOILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	591	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	592	8439	CLORURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	592	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	593	8440	CLORURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	593	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	594	8441	CLORURO DE ZINC	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	594	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	595	8442	CLORURO FÉRRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	595	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	596	8443	COBRE SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	596	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	597	8444	CREATININA (indicador)	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	597	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	598	8445	DIHIDRÓGENO FOSFATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	598	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	599	8446	DIHIDRÓGENO FOSFATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	599	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	600	8447	DIHIDRÓGENO ORTOFOSFATO DE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	600	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	601	8448	DIMETILAMINO AZO BENZOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	601	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	602	8449	DIMETILAMINO BENZALDEHÍDO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	602	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	603	8450	DITHIZONA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	603	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	605	8452	EFEDRINA CLORHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	605	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	606	8453	EOSINA SIMPLE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	606	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	607	8454	ESTAÑO GRANULADO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	607	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	608	8455	FENOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	608	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	609	8456	FENOLFTALEÍNA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	609	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	610	8457	FERRICIANURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	610	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	611	8458	FERROCIANURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	611	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	612	8459	FERROINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	612	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	613	8460	FORMALDEHÍDO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	613	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	614	8461	FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	614	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	615	8462	FOSFATO DISÓDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	615	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	616	8463	FOSFATODIBÁSICO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	616	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	617	8464	FOSFATOMONOBÁSICO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	617	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	618	8465	FTALATO ÁCIDO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	618	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	619	8466	FUCSINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	619	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	620	8467	GLUCOSA MONOHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	620	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	621	8468	HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	621	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	622	8470	HEXAMETILEN TETRAAMINO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	622	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	623	8471	HIDRATO DE CLORAL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	623	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	624	8472	HIDROGENO FTALATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	624	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	625	8473	HIDROQUINONA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	625	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	626	8474	HIDRÓXIDO DE BARIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	626	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	627	8475	HIDRÓXIDO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	627	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	628	8476	HIDRÓXIDO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	628	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	629	8477	AZUL HIDROXINAFTOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	629	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	630	8478	ÍNDIGO CARMÍN	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	630	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	631	8479	IODATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	631	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	632	8480	LAURIL SODIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	632	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	633	8481	MAGNESIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	633	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	634	8482	MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	634	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	635	8483	MERCURO CROMO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	635	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	636	8484	METABISULFITO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	636	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	637	8485	METAPERIODATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	637	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	638	8486	MOLIBDATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	638	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	639	8487	MONOVANADATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	639	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	640	8489	NARANJA DE METILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	640	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	641	8490	NARANJA DE XILENO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	641	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	642	8491	NARANJA ORANGE G	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	642	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	643	8492	NEGRO DE ERICROMO T	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	643	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	644	8493	NEGRO DE NAFTALENO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	644	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	645	8494	NEOMICINA SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	645	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	646	8495	NINHIDRINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	646	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	647	8496	NITRATO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	647	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	648	8497	NITRATO DE PLATA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	648	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	649	8498	NITRATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	649	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	650	8499	NITRATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	650	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	651	8500	NITRATO (SUBNITRATO) DE BISMUTO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	651	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	652	8501	NITRITO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	652	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	653	8502	NITRO PRUSIATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	653	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	654	8503	OXALATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	654	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	655	8504	OXALATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	655	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	656	8505	OXALATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	656	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	657	8506	ÓXIDO CUPROSO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	657	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	658	8507	ÓXIDO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	658	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	659	8508	ÓXIDO DE PLOMO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	659	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	660	8509	PANCREATINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	660	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	661	8510	PAPAVERINA CLORHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	661	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	662	8511	PARAFINA EN PLANCHAS	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	662	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	663	8512	PENTÓXIDO DE FÓSFORO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	663	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	664	8513	PEPSINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	664	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	665	8514	PERMANGANATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	665	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	666	8515	FENANTROLIN MONOHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	666	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	667	8516	PILOCARPINA NITRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	667	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	668	8517	PIPERAZINA ANHIDRA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	668	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	669	8518	PODOFILINA POLVO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	669	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	670	8519	PROCAÍNA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	670	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	671	8520	PÚRPURA DE BROMO CRESOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	671	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	672	8521	REACTIVO DE SPLITTERBER P/ DETERMINACIÓN DE FOSFATOS	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	672	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	673	8522	RESORCINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	673	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	674	8523	ROJO CONGO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	674	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	675	8524	ROJO DE METILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	675	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	676	8525	SILICAGEL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	676	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	677	8526	SULFATIAZOL SÓDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	677	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	678	8527	SULFATO ACIDO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	678	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	679	8528	SULFATO CÉRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	679	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	680	8529	SULFATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	680	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	681	8530	SULFATO DE CADMIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	681	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	682	8531	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	682	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	683	8532	SULFATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	683	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	684	8533	SULFATO DE ZINC	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	684	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	685	8534	SULFATO FÉRRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	685	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	686	8535	SULFITO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	686	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	687	8536	TEOBROMINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	687	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	688	8537	TETRA BUTIL AMONIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	688	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	689	8538	TETRA BUTIL AMONIOFOSFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	689	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	690	8539	TETRABORATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	690	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	691	8540	TIMOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	691	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	692	8541	TIOCIANATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	692	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	693	8542	TIOCIANATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	693	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	694	8543	TIROXINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	694	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	695	8544	TRIÓXIDO DE CROMO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	695	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	696	8545	UREA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	696	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	697	8546	VAINILLINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	697	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	698	8547	VERDE BRILLANTE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	698	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	699	8548	VERONAL SÓDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	699	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	700	8549	VIOLETA CRISTAL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	700	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	701	8550	WOLFRAMATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	701	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	702	8551	YODO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	702	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	703	8553	YODURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	703	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	704	8554	ZINC EN POLVO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	704	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	705	8555	ZINC GRANULADO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	705	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	706	10934	BROMURO DE DIMIDIUM	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	706	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	707	10935	CLORURO FERRICO	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	707	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	708	10936	EDTA (etilen diaminotetraacetico)	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	708	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	709	10937	POTASIO CROMATO	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	709	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	710	10938	POTASIO FERROCIANURO DE	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	710	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	711	10939	POTASIO IODURO	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	711	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	712	10940	TARTRATO CUPRICO	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	712	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	713	11250	Zinc metal	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA N°017-019/18	713	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	714	10854	HYAMINA	Pro-analisis	g		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	714	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	715	10952	SODIO TIOSULFATO	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	715	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	716	10943	2-PROPANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	716	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	717	10944	ACETATO DE ETILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	717	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	718	8558	ACETATO DE ISOAMILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	718	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	719	8559	ACETATO N- BUTILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	719	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	720	10945	ACETONA	Pro- análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	720	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	721	8560	ACETONITRILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	721	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	722	8561	ÁCIDO ACÉTICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	722	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	723	10946	ACIDO CLORHIDRICO P.A.	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	723	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	724	8562	ACIDO FÓRMICO ANHIDRO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	724	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	725	8563	ACIDO FOSFÓRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	725	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	726	8564	ACIDO LÁCTICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	726	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	727	8565	ACIDO NÍTRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	727	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	728	8566	ÁCIDO O-FOSFÓRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	728	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	729	8567	ÁCIDO PERCLÓRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	729	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	730	8568	ÁCIDO PERCLÓRICO 0,1N	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	730	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	731	8569	ACIDO PERCLÓRICO 70 %	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	731	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	732	8570	ACIDO SULFÚRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	732	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	733	8571	ACIDO TIOGLICÓLICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	733	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	734	8572	ALCOHOL BUTÍLICO NORMAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	734	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	735	8573	ALCOHOL ETÍLICO	Pro Análisis	L		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	735	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	736	8574	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO	Pro Análisis	L		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	736	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	737	8575	AMONÍACO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	737	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	738	10947	AMONIACO HIDROXIDO	Pro-análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	738	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	739	8576	ANHÍDRIDO ACÉTICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	739	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	740	8577	ANILINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	740	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	741	8578	BENCENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	741	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	742	8579	BROMO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	742	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	743	8580	BUTANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	743	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	744	8581	CICLOHEXANO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	744	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	745	8582	CICLOHEXANONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	745	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	746	8583	CLOROFORMO OFICINAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	746	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	747	8584	CLOROFORMO P.A.	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	747	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	748	8585	CLORURO DE BENZOÍLO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	748	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	749	8586	CLORURO DE METILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	749	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	750	8587	DIETIL ÉTER	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	750	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	751	8588	DIMETILFORMAMIDA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	751	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	752	8589	DIOXANO P.A	Pro- análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	752	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	753	10950	DISULPHINE BLUE	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	753	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	754	8591	ÉTER DE PETRÓLEO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	754	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	755	8592	ÉTER ETÍLICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	755	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	756	8593	ÉTER ETÍLICO ANHIDRO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	756	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	757	8594	EXTRACTO FLUÍDO DE BELLADONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	757	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	758	8595	EXTRACTO FLUÍDO DE HAMMAMELIS	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	758	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	759	8596	EXTRACTO FLUÍDO DE HIDRATIS CODEX 49	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	759	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	760	8597	EXTRACTO FLUÍDO DE VIFURNO PRONIFOLIO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	760	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	761	8598	FENOL C/ FUSINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	761	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	762	8599	FORMAMIDA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	762	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	763	8600	FURFURAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	763	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	764	8601	GLICERINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	764	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	765	8602	GUAYACOL CRISTAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	765	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	766	8604	ISOBUTANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	766	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	767	8605	ISOBUTILMETILCETONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	767	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	768	8606	METANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	768	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	769	8607	METILETIL CETONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	769	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	770	8608	MEZCLA SULFOCRÓMICA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	770	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	771	8609	N-HEXANO P.A.	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	771	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	772	8610	NITROBENCENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	772	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	773	8611	PENTANO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	773	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	774	8612	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	774	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	775	8613	PIRIDINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	775	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	776	8614	PROPANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	776	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	777	8615	PROPILENGLICOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	777	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	778	8616	SILICONA EN ACEITE	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	778	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	779	8617	SULFURO DE CARBONO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	779	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	780	8618	TETRA BUTIL AMONIOHIDRÓXIDO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	780	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	781	8619	TETRA HIDROFURANO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	781	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	782	8620	TETRACLORURO DE CARBONO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	782	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	783	8621	TOLUENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	783	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	784	8622	TRIETIL AMINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	784	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	785	10953	Disco para friabilómetro compatible con la marca Nova Etica Modelo 300		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	785	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	786	10954	Vasos para desintegrador compatible con la Marca Nova Etica Modelo 301-AC		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	786	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	787	10955	Juego de palitas para muestreo de materia prima		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	787	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	788	10956	Celdas de cuarzo de 10 mm para lectura espectrofotométrica		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	788	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	789	10957	Celdas de cuarzo de 5 mm para lectura espectrofotométrica		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	789	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	790	10958	Celdas de cuarzo de 2 mm para lectura espectrofotométria		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	790	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	791	10959	Columnas de uplc C18 BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	791	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	792	10960	Columnas de uplc C18 shiel BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	792	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	793	10961	Columnas de uplc C8 BEH 1,0 X 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	793	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	794	10962	columnas de uplc fenilo 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	794	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	795	10963	Columnas de uplc HILIC (cromatografia de intersección hidrofílica) 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	795	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	796	10964	columnas de uplc BEH amida 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	796	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	797	10965	precolumnas BEH C18 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	797	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	798	10966	precolumnas BEH shield RP 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	798	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	799	10967	precolumnas BEH C8 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	799	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	800	10968	precolumnas fenilo 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	800	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	801	10969	precolumnas HILIC (cromatografia de interacción hidrofilica) 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	801	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	802	10970	precolumnas BEH amida 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	802	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	803	10971	USP 32 NF 27 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	803	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	804	10972	USP 33 NF 28 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	804	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	805	10973	USP 34 NF 29 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	805	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	806	10974	USP 35 NF 30 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	806	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	807	10975	USP 36 NF 31 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	807	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	808	10976	USP 37 NF 32 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	808	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	809	10977	USP 38 NF 33 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	809	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	810	10978	Merck Index Ultima Edición		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	810	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	811	11251	Papel de Filtro Analítico cualitativo		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	811	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	812	11252	Papel de Filtro Analítico cuantitativo		Unidad		CAJA	RCA N°017-019/18	812	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	813	11253	Solución Buffer Ph 2.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	813	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	814	11254	Solución Buffer Ph 4.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	814	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	815	11255	Solución Buffer Ph 7.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	815	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	816	11256	Solución Buffer Ph 10.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	816	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	817	11257	Solución Buffer Ph 12.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	817	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	818	11258	USP 39 NF 34 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	818	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	819	11259	USP 40 NF 35 FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	819	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	820	11260	USP 41 NF 36FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	820	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	821	11261	Platos de aluminio para uso en balanza termogravimetrica por 12 cm		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	821	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	822	8300	Soporte horizontal para pipetas		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	822	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	823	8451	Propipeta rígida para pipetas de hasta 2 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	823	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	824	10949	Propipeta rígida para pipetas de hasta 10 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	824	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	825	10948	Propipeta rígida para pipetas de hasta 20 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	825	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	826	10942	Picnómetro de vidrio por 5 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	826	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	827	10941	Picnómetro de vidrio por 10 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	827	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	828	8552	Vaso de plástico por 100 ml graduado		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	828	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	829	8488	Vaso de plástico por 250 ml graduado		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	829	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	830	11268	Guantes de nitrilo tamaño mediano en cajas por 100 unidades		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	830	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	831	11269	Pinza para mufla		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	831	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	832	11270	Frasco de vidrio color ambár x 1 L con tapa rosca y contratapa de plástico		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	832	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	833	11271	Frasco de plástico (polipropileno) x 10 L, con tapa rosca. Para reactivos quimicos		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	833	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	834	11272	Cepillos de limpieza para buretas de vidrio. 120 x 20 mm		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	834	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	835	11273	Cepillos de limpieza para matraces de vidrio grandes. 70 x 130		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	835	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	836	11274	Cepillos de limpieza para matraces de vidrio medianos. 50 x 120 mm		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	836	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	837	11275	Cepillos de limpieza para matraces de vidrio pequeños. 50 x 110 mm		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	837	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	838	11276	Lavadora manual de pipetas. Debe presentar una unidad de lavado, vaso de limpieza y canasta porta pipetas		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	838	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	839	11277	Bureta volumetrica x 10 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	839	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	840	11278	Bureta volumetrica x 25 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	840	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	841	11279	Bureta volumetrica x 50 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	841	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	842	11280	Filtros de PTFE de 22/25 de 0,22µm para jeringa, para HPLC		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	842	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	843	11281	Filtros de PTFE de 45/25 de 0,45µm para jeringa, para HPLC		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	843	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	844	11282	Filtros para solventes HPLC de celulosa 0,45µm x 47 mm		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	844	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	845	11283	Filtros para solventes HPLC de Nylon 0,45µm x 47 mm		UNIDAD		CAJA		845	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	846	8343	1-PROPANOL HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	846	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	847	8344	2-PROPANOL HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	847	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	848	8345	ACETATO DE ETILO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	848	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	849	8346	ACETONITRILO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	849	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	850	8347	CLOROFORMO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	850	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	851	8348	ETANOL ABSOLUTO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	851	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	852	8349	L-DIETILAMINA HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	852	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	853	8350	METANOL HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	853	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	854	8351	TETRABUTIL HIDROXIAMONIO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	854	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	855	8352	TETRAHIDROFURANO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	855	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	856	8353	TRIETILAMINA HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	856	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	857	10610	AGUA DESTILADA CALIDAD C- 4 U (HPLC)	HPLC/UPLC	L		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	857	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	858	8372	ACIDO HEXANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-	858	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	859	8373	ACIDO METAFOSFÓRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-	859	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	860	8378	ÁCIDO PÍCRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-	860	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3000	1	5916	ACETATO DE ETILO	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ámbar. 1000 Cc	Cm Cúbico				861	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3001	2	2133	ALCOHOL 80°	Líquido Frasco de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	862	
AC Servicios		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3002	3	6911	DETERGENTE P/ LAVA VAJILLAS	Líquido. Frasco de 1000 cc	CC			RCA N°018-016/07	863	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3003	4	2255	ACETONA COMERCIAL	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ámbar. 1000 Cc	Cm Cúbico				864	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3004	5	2256	ACETONA P/A. (GRADO DE PUREZA: PRO-ANÁLISIS)	Líquido. Frasco Original De Vidrio Color Ámbar. 1000 Cc	Cm Cúbico				865	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3005	6	2257	ACIDO ACÉTICO GLACIAL P/A. (GRADO DE PUREZA: PRO-ANÁLISIS)	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				866	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3006	7	2125	ÁCIDO BÓRICO	Polvo. Pote De Plástico. Envase De 1.000 G	Gramo				867	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3007	8	2259	ÁCIDO CLORHÍDRICO COMERCIAL	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				868	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3008	9	2260	ACIDO CLORHÍDRICO P/A. CONC. MIN. 37% D: 1,19 (GRADO DE PUREZA PRO-ANÁLISIS)	Líquido. Frasco Original De 1.000 Cc	Cm Cúbico				869	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3009	10	2126	ÁCIDO FÉNICO PA	Polvo. Envase Original	Gramo				870	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3010	11	2262	ÁCIDO FOSFOTUNGSTÍDICO	Frasco De Vidrio Color Ambar De 25 G	Gramo				871	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3011	12	2127	ÁCIDO LÁCTICO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				872	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3012	13	2263	ÁCIDO NÍTRICO. CONC. MIN. 65% D: 1,4	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ambar. 1000 Cc	Cm Cúbico				873	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3013	14	2128	ÁCIDO SALICÍLICO	Polvo	Gramo				874	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3014	15	2266	ÁCIDO SULFURICO COMERCIAL	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				875	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3015	16	2269	AGUA DESTILADA CONDUCTIVIDAD 0 -4 U SISTEM/SEG.	Líquido. Bidones De 5.000 Cc	Cm Cúbico				876	
USO AMBULATORIO		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3016	17	2270	AGUA DESTILADA ESTÉRIL	Sachet de 1.000 Cc	Sachet			RCA N°018-016/07	877	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3017	18	2130	ALCANFOR	Panes	Gramo				878	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3018	19	2132	ALCOHOL ABSOLUTO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm.Cúbico				879	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3019	20	2137	ALCOHOL METÍLICO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm.Cúbico				880	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3020	21	2142	AMONÍACO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				881	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3021	22	2144	AZUFRE	Polvo	Gramo				882	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3022	23	2274	AZUL BRILLANTE DE CRESIL	Polvo. Frasco De Vidrio De 25 G	Gramo				883	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3023	24	2145	AZUL DE METILENO	Polvo. Frasco De Vidrio Color Ambar	Gramo				884	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3024	25	2275	BÁLSAMO DEL CANADÁ SINTÉTICO	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ambar. 100 Cc	CC			RCA N°018-016/07	885	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3025	26	6746	BENCIDINA BASE	Polvo. Frasco De 100 G	Gramo				886	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3026	27	2277	BENEDICT CUALITATIVO	Liquido. Frasco De 1.000 Cc	CC			RCA N°018-016/07	887	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3027	28	2226	BICARBONATO DE SODIO	Polvo. Envase De Plástico De 500 G	Gramo				888	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3028	29	2227	BORATO DE SODIO	Polvo. Envase De Plástico De 500 G	Gramo				889	
ANESTESIA		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3029	30	2149	CAL SODADA	Compuesto por Hidroxido de Calcio de 75 % a 84 % - Agua de 14% a 18%- Etil Violeta. Obs: podrá contener Hidroxido de Sodio / Silicato de Sodio. Granulado de color blanco, con un diámetro de 4 mm a 5 mm.	Gramo		Cartucho/Frasco/Bidon de 1000 gr. a 5000 gr.	RCA: N° 047-001/18	890	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3030	31	2150	CALCIO CARBONATO	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				891	
M.Prima L.Prod.		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3031	32	2228	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO	Polvo Pureza 95 a 100 %	Gramo			Res. 049-029/05	892	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3032	33	2154	CLORAL HIDRATO	Polvo. Frasco Oscuro De 1.000 G	Gramo				893	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3033	34	2155	COBRE SULFATO COMERCIAL	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				894	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3034	35	2284	CRISTAL VIOLETA P/A.	Polvo. Envase Original	Gramo				895	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3035	36	2286	E D T A	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				896	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3036	37	2288	EOSINA AMARILLA	Polvo. Frasco De 25 G	Gramo				897	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3037	38	2289	EOSINA AZUL DE METILENO S/MAY GRUWALD.	Polvo. Frasco De 25 G	Gramo				898	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3038	39	2313	EOSINA AZUL DE METILENO S/WRIGHT.	Polvo. Frasco De 25 G	Gramo				899	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3039	40	2170	ESENCIA DE BERGAMOTA	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ambar De 100 Cc	Cm Cúbico				900	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3040	41	2290	ETER DE PETROLEO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				901	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3041	42	2291	ETER ETILICO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				902	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3042	43	2175	EUGENOL	Líquido. Frasco de vidrio oscuro de 100 cc	CC			RCA N°018-016/07	903	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3043	44	2292	FORMALDEHÍDO	Comprimido. Frasco De Polietileno. 100 Comprimidos	Comprimido				904	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3044	45	2293	FORMOL 40 %	Líquido. Frasco de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	905	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3045	46	2296	GIENZA	Polvo	Gramo				906	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3046	47	2183	GLICERINA OFICINAL	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				907	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3047	48	2185	GLUCOSA ANHIDRA	Polvo Potes de Plástico de 500 a 1000 gr.	Gramo			RCA N°018-016/07	908	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3048	49	2186	GLUTARALDEHÍDO 2%	Bidones De 5.000 Cc	Cc.			Res. 008-007/09	909	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3049	50	2188	GOMA ARABIGA	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				910	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3050	51	2299	HEMATOXILINA	Líquido	Frasco Original				911	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3051	52	2318	HIDRATO DE CLORAL 10 %	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 250 a 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	912	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3052	53	4916	HIDRÓXIDO DE CALCIO	Escamas. Envases Originales	Unidad				913	
M.Prima L.Prod.		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3053	54	7069	HIPOCLORITO DE CALCIO	Polvo, Pureza 95 % a 100 %	Gramo			Res. 049-029/05	914	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3054	55	2230	HIPOSULFITO DE SODIO	Polvo. Envase De Plastico De 500 G	Gramo				915	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3055	56	6747	IODATO DE SODIO	Polvo. Envase De 100 G	Gramo				916	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3056	57	2192	IODO SUBLIMADO	Polvo. Frasco Oscuro	Gramo				917	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3057	58	2193	IODOFORMO	Polvo. Frasco De Vidrio Ambar O Plástico Resistente De 100 G	Gramo				918	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3058	59	2217	IODURO DE POTASIO	Polvo. Potes De 500 G	Gramo				919	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3059	60	2194	LANOLINA	Potes De 1.000 G	Gramo				920	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3060	61	2197	MENTOL CRISTAL	Potes De 1.000 G	Gramo				921	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3061	62	2198	MERCURIO BICLORURO	Polvo	Gramo				922	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3062	63	2300	MEZCLA SULFOCRÓMICA	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	923	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3063	64	2203	NITRATO DE PLATA	Lápiz. Frasco Oscuro	Gramo				924	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3064	65	2205	PARAFINA EN GRANOS	Sólido. Frasco De 1.000 G	Gramo				925	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3065	66	2220	PERMANGANATO DE POTASIO	Polvo. Frasco Oscuro Potes De 50 G	Gramo				926	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3066	67	2224	SALICILATO DE METILO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 G	Cm Cúbico				927	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3067	68	6748	PARAFINA EN PLANCHA	Sólido. Plancha de 5.000 a 25.000 gr.	Gramo				928	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3068	69	2322	SOLUCIÓN FENICADA 3/1000	Líquido. Frasco de vídrio color ámbar con tapa multidosis	CC			RCA N°018-016/07	929	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3069	70	5420	SOLUCIÓN LUGOL FUERTEB	Líquido. Frasco de vídrio color ámbar de 1000 cc	CC			RCA N°018-016/07	930	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3070	71	2273	SULFATO DE AMONIO	Polvo	Gramo				931	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3071	72	2241	TALCO DE VENECIA	Polvo. Envasede Plástico De 500 G O 1.000 G	Gramo				932	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3072	73	2243	TIMOL CRISTAL	Polvo	Gramo				933	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3073	74	2246	VASELINA LÍQUIDA	Líquido. Frasco Plástico de 250 a 500 cc	CC			RCA N°018-016/07	934	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3074	75	2248	VASELINA SOLIDA	Sólido. Potes De Plástico De 1.000 G	Gramo				935	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3075	76	2311	VERDE LUZ	Polvo	Gramo				936	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3076	77	2312	VIOLETA DE GENCIANA	Polvo	Gramo				937	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3077	78	2314	XILOL	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	938	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3078	79	2315	XILOL P/A.	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1.000 cc Frasco Original	CC			RCA N°018-016/07	939	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3079	80	2251	ZINC ÓXIDO	Polvo. Envase de Polietileno de 1.000 gr.	Gramo			RCA N°018-016/07	940	
USO AMBULATORIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9300	1	1497	ACETATO/SULFATO DE ZINC 0,4 a 1 mg/ml	Ampollas 2 - 10 ml.	Ampolla			RCA N° 027-029/07	941	
USO AMBULATORIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9301	2	1552	AGUA DESTILADA	Ampolla De 10 mL	Ampolla			RCA N° 010-042/07	942	
		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9302	3	6790	AGUA DESTILADA	Ampolla De 5 mL	Ampolla			RCA N° 010-042/07	943	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9303	4	11347	BICARBONATO DE SODIO	8,4% - 1 MOLAR Ampolla / sachet / vial	Unidad		Unidad	RCA N° 004-032/2020 17/01/2020 - RCA N° 035-022/2021 RCA N°031-018-2023	944	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9304	5	1538	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR	Ampolla De 10 mL	Ampolla			RCA N° 010-042/07	945	
HOSPITALARIO /AMBULATORIO PEDIATRIA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9305	6	1542	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR	Ampolla De 10 mL	Ampolla			RCA N° 010-042/07 modificado RGS N° D-56-2023	946	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9306	7	1493	EMULSIÓN LIPÍDICA 10%	Contenido: Triglicéridos de cadena media y larga . Frasco 500 ml - 1000 ml. Criterio de evaluación: gramos de lípido por frasco.	Frasco Ampolla			Modificación RCA 044-015/07	947	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9307	8	735	FOSFATO DE POTASIO 2 Meq/ml.	Ampolla de 10 ml.	Ampolla			Res. N° 030-006/08	948	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9308	9	1539	GLUCONATO DE CALCIO 10%	Ampolla De 10 mL	Ampolla			RCA N° 010-042/07	949	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9309	10	6792	EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20%	Contenido: Triglicéridos de cadena media y larga. Frasco 300-1000 ml. Criterio de evaluación: gramos de lípido por frasco.	Frasco Ampolla			Modificación RCA 044-015/07	950	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9310	11	1144	MANITOL 15%	Sachet de 500 mL	Sachet			RCA N° 010-042/07	951	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9311	12	6793	MULTIVITAMINAS INTRAVENOSAS	Vitaminas: hidrosolubles y liposolubles. Ampollas x 5-10 ml. Criterio de evaluación: igual a especificaciones técnicas.	Ampolla			Modificación RCA 044-015/07	952	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9312	13	10178	MULTIVITAMINAS PEDIÁTRICAS	Vitaminas hidrosolubles y liposolubles con Vitamína K Intravenosa Pediátricas.-	Frasco Ampolla			RCA N° 042-019/08	953	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9313	14	741	OLIGOELEMENTOS	Ampollas 2 - 10 ml.	Ampolla			RCA N° 010-042/07	954	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9314	15	1534	POLÍMEROS DE GELATINA	Frasco/Sachet de 500 mL	Sachet/Frasco			RCA N° 010-042/07	955	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9315	16	9949	SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES PARA NIÑOS 7 a 12 %	Aminoácidos Cristalinos (Histidina, Cisteína, Taurina y Tirosina) para vía intravenosa. Frasco de 500 ml. Criterio de evaluación: concentración.	Frasco			Modificación RCA 044-015/07	956	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9316	17	6796	SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES 9 A 12% PARA ADULTOS	Aminoácidos Cristalinos para vía intravenosa. Frasco de 500 a 1000 ml. Criterio de evaluación: concentración.	Frasco			Modificación RCA 044-015/07	957	
NEONATOLOGIA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9317	18	11313	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA AL 50%	Solución inyectable, transparente, incolora y sin precipitados. Contenido Estéril. Composición: cada c.c. debe contener Glucosa (Dextrosa) Anhidra 500 mg. Apirógeno. Ampolla de vidrio de 10 cc o 20 cc.	Unidad		Ampolla	RCA: N° 082-001/18 - RCA: N° 035-022/2021	958	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9318	19	11314	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA AL 50%	Solución inyectable, transparente, incolora y sin precipitados. Contenido Estéril. Composición: cada c.c. debe contener Glucosa (Dextrosa) Anhidra 500 mg. Envase colapsable. Envase con doble puerto de acceso cubierto con láminas ESTÉRIL. Con escalas graduadas visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libres de DEHP, Latex y PVC. Apirógeno. Frascos o Sachet de 1.000 cc.	Unidad		Unidad	RCA: N° 082-001/18 - RCA: N° 035-022/2021	959	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9319	20	2048	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA 10%	Sachet de 1.000 ml	Unidad		Sachet	RCA N° 010-042/07- RCA: N° 035-022/2021	960	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9320	21	2048-2	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA 10%	Presentación: Envase de 1000 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad		Frascos	RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12 - RCA: N° 035-022/2021	961	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9321	22	1532	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA 33%	Ampolla de 20 mL.	Unidad		Ampolla	RCA N° 010-042/07 - RCA: N° 035-022/2021- RCA 064-065-2022	962	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9322	23	1527	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Sachet de 500 mL.	Unidad		Sachet	RCA N° 010-042/07 - RCA: N° 035-022/2021	963	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9323	24	1527-6	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 500 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	964	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9324	25	1526	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Sachet de 1000 ml	Sachet			RCA N° 010-042/07	965	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9325	26	1526-6	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 1000 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	966	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9326	27	1535	SOLUCIÓN RINGER CON LACTATO	Sachet de 500 mL	Sachet			RCA N° 010-042/07	967	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9327	28	1535-6	SOLUCIÓN RINGER CON LACTATO	Presentación: Envase de 500 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	968	
OFTALMOLOGÍA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9328	29	6795	SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA ESTÉRIL P/IRRIGACIÓN OCULAR	Frasco o sachet de 500 ml. Presentación: frasco o sachet.	Cc.			RCA N° 010-042/07.Mod. Res. Nº 050-007/11	969	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9329	30	1529	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Envase con doble puerto de acceso cubierto con lámina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente). Con escalas graduadas numéricas visibles en el envase de maximo 100 cc entre una y otro. Libre de LATEX. Apirógeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos.	Unidad		Envase de 1000 ml	RCA N° 010-042/07 - R CA N°062-007/2020 DE FECHA 07/08/2020, MODIFICADO POR RCA N°081-028/2023	970	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9330	31	1530	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Sachet de 500 ml.	Sachet			RCA N° 010-042/07	971	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9331	32	1530-6	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Presentación: Envase de 500 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	972	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9334	33	1549	SUERO FISIOLÓGICO ISOTÓNICO 0,90%	Ampolla de 5 mL.	Ampolla			RCA N° 010-042/07	973	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9335	34	10711	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 250 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA: N° 092-028/12	974	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9336	35	10712	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 100 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA: N° 092-028/12	975	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9332	36	10713	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Presentación: Envase de 250 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA: N° 092-028/12	976	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9333	37	10714	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Presentación: Envase de 100 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA: N° 092-028/12	977	
		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9339	38	10716	Polihidroxietilalmidón	Para vía intravenosa. Frascos de 500 ml.	Sachet			RCA: N°106-019/12	978	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9400	1	3942	FÓRMULA COMPLETA LÁCTEA DE INICIO (de 0 a 6 meses)	Polvo .Calorías: 60-72 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 1,2 - 1,9 g/100 ml. Hidratos de carbono: de 5,4 a 8,5 g/100 ml. Grasas:de 2,9 a 4,1/100 ml. Hierro:>= 0,8 mg/100 ml. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml.	Gramo			Modificación RCA 044-015/07. Res. Nº 093-039/11	979	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9401	2	6870	FÓRMULA COMPLETA A BASE DE PROTEINA DE SOJA PARA LACTANTES (0 - 12 MESES)	Polvo .Calorías: 65-78 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 1,5 a 3 g/100 ml. Hidratos de carbono: de 6,7 - 10,9 g/100 ml. Grasas: 3,5 - 5,5 g/100 ml. Relación Ca/P: min 1:1 máx 2:1. Fortificada con metionina, taurina, carnitina, además de zinc, magnesio, iodo y cobre. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350/1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml.	Gramo			Modificación RCA 032-013/06. Res Nº 093-039/11	980	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9402	3	9947	FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA DE CONTINUACIÓN (4 A 12 meses)	Polvo .Calorías: 60-80 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 1,6 g a 3,1 g/100 ml. Hidratos de carbono: 5,7 a 8,6 g/100 ml. Grasas: de 2,7 a 4 g/100 ml. Hierro: >= 1 mg/100 ml. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml	Gramo			Modificación RCA 044-015/07. Res Nº 093-039/11	981	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9403	4	3937	FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA PARA PREMATUROS	Polvo .Calorías: 70 a 90 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 2 a 3,6 g/100 ml. Hidratos de carbono: 8 a 14 g/100 ml. Grasas: de 3 a 6 g/100 ml. Relación lactoalbumina/caseína: 60/40 max. 70/30 en 100 kcal. Proporción metionina/cisteína: min 0,7/1 max. 1,5/1 en 100 kcal. Proporción fenilanina/tirosina: min 0,7/1 max. 1,5/1 en 100 kcal. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml. Relación lactoalbumina/caseína.	Gramo			Modificación RCA 032-013/06 .Res Nº 093-039/11	982	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9404	5	3945	Fórmula Polimérica Completa Estandar para Adultos con Fibra sin Lactosa y Gluten.	Polvo .Calorías: 1 a 1,2 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 14 a 20% del VCT. Hidratos de carbono: De 50 a 60% del VCT. Grasas: De 25 a 30 % del VCT. Fibra: 8 a 20 g x 1000 kcal. % variable entre fibra soluble e insoluble. Osmolaridad: < 350 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 400 a 1000 g. Presentación:pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT gramos de fibras/1000 kcal.	Gramo			Modificación RCA 090-018/08. Res Nº 093-039/11	983	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9405	6	3944	Fórmula Polimérica Completa Estándar para Adultos sin Fibra, Lactosa y Gluten.	Polvo .Calorías: 1 a 1,2 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de14 - 20% del VCT. Hidratos de carbono: de 50 a 60% del VCT. Grasas: de 25 a 32 % del VCT. Osmolaridad: < 350 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 400 a 1000 g. Presentación:pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Modificación RCA 032-013/06. Res Nº 093-039/11	984	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9406	7	7248	Fórmula Polimérica Completa para Niños de 1-10 años libre de Lactosa y Gluten	Polvo .Calorías: >= 1 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: De 9 a 15% del VCT. Hidratos de carbono: De 40 a 55% del VCT. Grasas: De 35 a 45 % del VCT. Osmolaridad: < 400 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: frasco Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Modificación RCA 044-015/07. Res Nº 093-039/11	985	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9407	8	4925	Fórmula Polimérica Completa Especifica para Hiperglicemia libre de Lactosa y Gluten	Polvo .Libre de sacarosa, lactosa y gluten. Calorías: de 0,9 - 1,2 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de 15 a 22% del VCT. Hidratos de carbono: 30 - 50% del VCT. Grasas: de 30 a 50 % del VCT. Osmolaridad: < 400 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: frasco lata o pote Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Modificación RCA 090-018/08. Res Nº 093-039/11	986	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9408	9	6051	Fórmula Polimérica Completa Especifica para Adultos con insuficiencia Renal en Diálisis	Polvo. Calorías: >= 1,5 kcal/ml . (dilución estandar). Proteínas: de 14 a 17 % del VCT. Hidratos de carbono: de 40 a 60% del VCT. Grasas: de 35 a 45% del VCT. Carga renal: < 500 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: frasco. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Modificación RCA 044-015/07.Res Nº 093-039/11	987	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9409	10	9948	Fórmula Polimérica Completa Especifica para Adultos con insuficiencia Renal sin Diálisis	Polvo. Calorías: >= 1,5 kcal/ml . (dilución estandar). Proteínas: de 5 a 11 % del VCT. Hidratos de carbono: de 40 a 70% del VCT. Grasas: de 35 a 45% del VCT. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 400 a 1000 g. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Modificación RCA 044-015/07. Res Nº 093-039/11	988	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9410	11	7246	Fórmula Oligomerica o Semielemental para adultos	Polvo. Calorías: de 1 a 1,2 kcal/ml (a dilución estándar) . Proteínas: >= 20 % del VCT. Hidratos de carbono: de 50 a 70% del VCT. Grasas: de 10 a 20 % del VCT. Osmolaridad: <= 500 mOsm/L agua. Pueden contener nutrientes especificos como glutamina, arginina, carnitina y taurina. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: Sobre/Sachet 60 a 200g. Presentación: Sobre/Sachet. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Modificación RCA 044-015/07.Res Nº 093-039/11 RCA N°: 080-003/17 LO	989	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9411	12	6869	Fórmula Semielemental para niños	Polvo. Sin lactosa a base de caseinato de sodio hidrolizado y maltodextrina. Calorías: de 60 a 80 kcal/100ml . (dilución estandar). Proteínas: de 10 a 20 % del VCT en forma de Péptidos: < 1500 Daltons. Hidratos de carbono: de 40 a 50% del VCT. Grasas: de 40 a 50% del VCT con predominio de triglicéridos de cadena media. Osmolaridad: < 250 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ 100ml % de Proteínas.	Gramo			Modificación RCA 044-015/07. Res Nº 093-039/11	990	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9412	13	6872	Preparado Modular de Carbohidratos	Polvo. Modulo a base de hidratos de carbono: maltodextrina(dextrina, maltosa, dextrosa) libre de sacarosa, lactosa y gluten. Calorías: de 350 a 400 kcal/100gr . Hidratos de carbono:>=90% Sabor neutro . Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 200 a 500 g. Presentación: pote frasco, pote. Criterio de evaluación: % de hidratos de carbono/VCT.	Gramo			Modificación RCA 032-013/06. Res Nº 093-039/11	991	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9413	14	3941	Preparado Modular de Proteínas Animales	Polvo. Modulo a base de proteínas de alto valor biológico: caseinato de calcio, proteínas de suero. Calorías: de 350 a 400 kcal/100gr . Proteínas: de alto valor biológico (PAVB) >= 90%. Sabor neutro, libre de: sacarosa, lactosa y gluten. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 100 a 500 g. Presentación: pote frasco, lata o sobre. Criterio de evaluación: % de PAVB.	Gramo			Modificación RCA 044-015/07.Res Nº 093-039/11	992	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9500	1	2317	AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES	Líquido Frasco de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	993	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Area Hospitalario		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9501	2	6910	ALCOHOL EN GEL 70%	Frasco x 1000 cc. c/ Bomba Dosificadora	Unidad			RCA N° 018-016/07 LIBERADO P/USO HOSPITALARIO x RGS N° 71/07	994	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9502	3	2139	ALCOHOL RECTIFICADO al 96%	Frasco De 1.000 c.c. Pureza 96%. Densidad como mínimo de 0,816 g/ml.Presentación Frasco.	CC			R.C.A: N° 067-023/16	995	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9503	4	4795	CLORHEXIDINA GLUCONATO 0,5% (SOL. ISOPROPANOLICA)	Líquido. Frascos de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	996	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9504	5	4796	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4%	Líquido. Frasco de 1.000 cc	Unidad		Frasco	RCA N°018-016/07, RCA N° 039-020/19	997	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9505	6	2160	CLORURO DE BENZALCONIO 1% a 1,3 %	Líquido. Frasco X 1.000 ml	Cm Cúbico			RCA N° 049-016/06	998	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9506	7	2161	CLORURO DE BENZALCONIO C/ NITRITO 0,10 a 0,15 %	Líquido. Frasco X 1.000 ml	Cm Cúbico			RCA N° 049-016/06	999	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9507	8	4763	GLUTARALDEHÍDO 25% + FENOL 90%	Kit	CC			RCA N°018-016/07	1.000	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9508	9	2158	IODOPOVIDONA JABÓN LÍQUIDO 7,5 % a 8%	Frasco Oscuro De 1.000 Cc	CC			RCA N°018-016/07	1.001	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9509	10	2159	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN 7,5 % a 10%	Frasco Oscuro De 1.000 Cc	CC			Res. 049-029/05	1.002	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9510	11	4762	OCTIL DIETILENTRIAMINA 2,43% DESINFECTANTE	Polvo. Caja de 10 a 100 Sobres	Sobre			RCA N°018-016/07	1.003	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9511	12	762	SOLUCIÓN DAKIN CARREL	Frasco de 1000 Cc	CC			RCA N°018-016/07	1.004	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9512	13	2326	TINTURA DE IODO 5%	Frasco de Vidrio Color Ambar de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	1.005	
Servicios Clinicos y Quirúrgicas		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9513	14	11359	Alcohol al 70 % - solución	Cada 100 g contiene: Alcohol etílico 70 mg. Equivalente a 71,9 ml de Alcohol Etílico con un título no menor a 94,9ºGL según USP/Densidad del Alcohol Etílico: 0,884 g/ml	ml		Frasco por 1000ml	RCA N°020-025/2020	1.006	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10100	1	3462-1	CHASIS 35 cm x 35 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.007	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10101	2	3462-2	CHASIS 35 cm x 35 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.008	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10102	3	3460-1	CHASIS 18 cm x 24 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.009	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10103	4	3460-2	CHASIS 18 cm x 24 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.010	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10104	5	3461-1	CHASIS 24 cm x 30 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.011	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10105	6	3461-2	CHASIS 24 cm x 30 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.012	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10106	7	3463-1	CHASIS 30 cm x 40 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.013	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10107	8	3463-2	CHASIS 30 cm x 40 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.014	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10108	9	3464-1	CHASIS 35 cm x 43 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.015	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10109	10	3464-2	CHASIS 35 cm x 43 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	1.016	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10110	11	9478	CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA, PARA MAMOGRAFÍA 18 X 24 CM.	CON VENTANA, PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Unidad			RCA N° 035-047/06	1.017	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10111	12	9479	CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA, PARA MAMOGRAFÍA 24 x 30 CM.	CON VENTANA, PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Unidad			RCA N° 035-047/06	1.018	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Instrumetal Radiológico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10112	13	6128	LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X	Peso no mayor a 136 gr. Contenido de plomo ó equivalente en el vidrio ó cristal: 0,50 a 0,75 mm. Marco ó armazón: material de plástico ó equivalente (vinyl,policarbonato,propionato de celulosa)	Unidad			Res. N° 069-051/08	1.019	
Tomografia-Radiologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10113	14	3469	FIJADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para procesadora automática, Kit x 30 a 40 litros.	Kits				1.020	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10114	15	3501	REVELADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para 30 a 40 Lt. Para procesadora automática- Kits.	Kits				1.021	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10200	1	3490	PELÍCULA ANGIOGRÁFICA DIGITAL Y RADIOLÓGICA - DRYSTAR 5300 DT2B 35 X 43 CM		Unidad			RCA N° 012-006/05	1.022	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10201	2	3489	PELICULA MAMOGRÁFICA 18 x 24 CM.		Unidad				1.023	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10202	3	9886	PELÍCULA MAMOGRÁFICA 24 x 30 CM.		Unidad			Res.N° 022-029/07	1.024	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10203	4	3488	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 18 x 24 CM.	De Fondo Verde	Unidad				1.025	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10204	5	3491	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM.	De Fondo Verde	Unidad				1.026	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10205	6	3493	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM	De Fondo Verde	Unidad				1.027	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10206	7	3492	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM.	De Fondo Verde	Unidad				1.028	
RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10207	8	3494	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM	De Fondo Verde	Unidad				1.029	
TOMOGRAFÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10208	9	3824	PELÍCULA TOMOGRÁFICA 14*17 CM		Unidad				1.030	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: Resonancia Magnetica (RMN)	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10300	1	10202	GADOLINIO-GADOTERATO DE MEGLUMINA	De 0,5mmol/ml. Macrociclico - Ionico. Solución inyectable, estéril, para uso por vía E.V. como medio de Contraste en estudios por Resonancia Magnética	ML		Frasco ampolla de 10 - 15 - 20 - 30 ml.	Res. N° 069-059/08 RCA: N° 031-003/18	1.031	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: Resonancia Magnetica (RMN)	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10302	2	11285	GADOLINIO-GADOBENATO DE DIMEGLUMINA	De 0,5mmol/ml. Lineal - Ionico. Solución inyectable, estéril, para uso por vía E. V. como medio de contraste en estudios por Resonancia Magnética.	ML		Frasco ampolla de 10 - 15 - 20 - 30 ml.	RCA: N° 031-003/18	1.033	
OFTALMOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10303	3	1400-1	FLUORESCEÍNA SÓDICA 10%	Solución inyectable, estéril, para uso por vía E.V. en estudios de diagnóstico oftálmica	ML		Ampolla de 5 ml.	RCA N° 067-014/05. Mod. Res. Nº 050-007/11 - RCA: N° 031-003/18	1.034	
OFTALMOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10304	4	1400-2	FLUORESCEÍNA SÓDICA 20%	Solución inyectable, estéril, para uso por vía E.V. en estudios de diagnóstico oftálmica	ML		Ampolla de 5 ml.	Res. Nº 050-007/11 -RCA: N° 031-003/18	1.035	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RX-TAC-HEMODIN-CX VASCULAR-NEURORADIOL-GASTROENTER.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10305	5	6606	IOBITRIDOL	De 300 MG Iodo/ML. Solución inyectable, estéril, no iónico, hidrosoluble, iodado, baja osmolaridad.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	Res. Nª 003-001/12.- RCA: N° 031-003/18	1.036	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RX-TAC-HEMODIN-CX VASCULAR-NEURORADIOL-GASTROENTER.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10306	6	6255	IOPAMIDOL	De 300 MG Iodo/ML. Solución inyectable, estéril, no iónico, hidrosoluble, iodado, baja osmolaridad.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	Res. Nº 003- 001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.037	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10307	7	2339	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA	De 11,1 mg. Iodo/ml. Solución estéril para uso vía intrauterina. De alta osmolaridad	ML		Frasco ampolla de 20 ml.	Res.N° 015-029/07 - RCA: N° 031-003/18	1.038	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10308	8	2147	SULFATO DE BARIO	Polvo fino no granulado de color blanco, inoloro.	GRAMOS		Frasco plástico opaco resistente de 1.000 gr	RCA: N° 031-003/18	1.039	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RADIOLOGÍA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10309	9	6789	SULFATO DE BARIO	Suspención para estudio de colon a ser utilizados en bolsa de enema de doble contraste.	ML		Frasco de 1500 a 2000 ml.	RCA N°018-016/07 - RCA: N° 031-003/18	1.040	
Centro de Diagnóstico e Imágenes:	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10310	10	10647	IOBITRIDOL	Solución inyectable, estéril, no iónico, Hidrosoluble, baja osmolaridad, 350 mg Iodo/ml.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	RCA: N° 003-001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.041	
Centro de Diagnóstico e Imágenes:	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10311	11	10648	IOPRAMIDA	Solución inyectable, estéril, no iónico, Hidrosoluble, baja osmolaridad, 370 mg Iodo/ml.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	RCA: N° 003-001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.042	
Centro de Diagnóstico e Imágenes:	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10312	12	10649	SULFATO DE BARIO	Suspención de contraste Oral tomográfico baritado.	ML		Frasco de 200 a 300 ml.	RCA: N° 003-001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.043	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC servicios	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	1	3951	ACEITE DE INMERSIÓN	Líquido (Fraccionado en Fco de 100 a 200 cc)	cc			Res. N° 062-016/05	1.044	
AC Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	2	6934	ACETATO DE VERONAL -Buffer Ph 7,35	Líquido	cc				1.045	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	3	4656	ACIDO ÚRICO (P/ EQ. AUTOMATIZADO.)*	Líquido	Determinaciones				1.046	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	5	3952	ÁCIDO VALPROÍCO KIT.	Líquido (debe venir con calibrador y control)	Determinaciones				1.048	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	6	4740	AEROBIC C/ INHIBIDOR DE ANTIBIÓTICO. EQ. AUTOMATIZADO. HEMOCULTIVO ADULTO	Medios de cultivos con sensores de crecimiento compatibles con el sistema de Detección Microbiana	Frasco			RCA N° 066-016/07	1.049	
Serv.Microbiología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	7	4023	AGAR HTM PARA HEMOPHILUS	Con suplementos frasco x 500 gr. Como mínimo. Número de viales de suplemento debe corresponder a 500 gr. de HTM.	Unidad			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/08y Res. Nº 137-035/10	1.050	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	8	6929	AGAR ACETATO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.051	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	9	6930	AGAR ALMIDÓN	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.052	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	10	4022	AGAR BILIS ESCULINA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.053	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	11	8040	AGAR BÍLIS ESCULINA ÁCIDA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/06	1.054	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	12	4057	AGAR BLOOD BASE (BASE SANGRE)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.055	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	13	8041	AGAR CARY BLAIR	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 010 - 041/07	1.056	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	14	8059	AGAR CEREBRO CORAZÓN	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/08	1.057	
Serv.Microbiología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	15	4408	AGAR CEREBRO CORAZÓN INFUSIÓN (BRAIN HEART)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/07	1.058	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	16	4407	AGAR CITRATO DE SIMONS	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.059	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	17	4025	AGAR COLUMBIA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.060	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	18	10181	AGAR CROMO CANDIDA	Polvo, frasco x 500 grs.	FRASCO			Res. N° 055-023/09	1.061	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	19	10642	AGAR CROMO KPC	Medio de cultivo basado en técnica cromógena para detección rápida de bacterias Gram negativas resistentes a los carbapenemes. Presentación: frasco x 500 gramos como mínimo.	FRASCO			Res. Nº 067-012/11	1.062	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	20	4020	AGAR DN ASA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.063	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	21	4026	AGAR EMB BACTO LEVINE	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.064	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	22	6931	AGAR FENILALANINA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.065	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	23	3961	AGAR GC	Polvo - Frasco x 500gr. Como mínimo. Debe contener la cantidad de viales correspondientes a 500 gramos para la preparación del Medio Thayer Martin.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.066	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	24	3957	AGAR HIERRO Y LISINA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.067	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	25	3959	AGAR MAC CONKEY	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.068	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	26	6932	AGAR MAC CONKEY - SORBITOL	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.069	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	27	6933	AGAR MANITOL	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 010 - 041/07	1.070	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	28	4082	AGAR MEDIO C.L.D.E.	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.071	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	29	4410	AGAR MEDIO CULTIVO P/LA UREASA	Polvo - Frasco x 500gr. Esterilización en Autoclave, Revelación de producción Sulfhídrico, Indol, Ureasa, Hidrólisis de la lactosa, inmovilidad.-	FRASCO			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.072	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	30	4406	AGAR MEDIO DE TRANSPORTE STUART	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.073	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	31	4405	AGAR MEDIO S.I.M.	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.074	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	32	3958	AGAR MIO (ORNITINA)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.075	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	33	5981	MEDIO VP VOGUES PROSKAUER	Con revelador. Polvo - Frasco x 500gr. Como mínimo.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.076	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	34	4031	AGAR MUELLER HINTON	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.077	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	35	6266	AGAR MYCOBIOTIC	Polvo	Fco x gr				1.078	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	36	4032	AGAR NUTRITIVO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.079	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	37	3950	AGAR SABOURAUD GLUCOSADO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.080	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	38	6451	AGAR SABOURAUD TETRAZOLIUM	Polvo	Fco x gr				1.081	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	39	6265	AGAR SABOREAUD C/CYCLOHEXAMIDA	Polvo - Frasco x 500gr. Presentación. Frasco.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA: Nº 020-019/12	1.082	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	40	4058	AGAR SANGRE ACIDA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.083	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	41	3965	AGAR SKIM MILK POWER LP 031	Polvo	Fco x gr				1.084	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	42	4033	AGAR SS (SALMONELLAS Y SHIGELLAS)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.085	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	43	4414	AGAR T.S.I. (TRIPLE SUGAR IRON)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.086	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	44	4409	AGAR TIOGLICOLATO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.087	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	45	4036	AGAR TRIPTEINA SOJA	Polvo - Frasco x 500gr. Como mínimo.	FRASCO			Res. Nº 137-035/10	1.088	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	46	4129	AGENTE LIMPIADOR DETERGENTE P/ EQ. COULTER	Líquido. En Bidones	Litros				1.089	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	47	4024	AGUA PEPTONADA	Polvo - Frasco x 500 gr.-	FRASCO			Res.N° 010 - 041/07	1.090	
AC: Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	48	3969	ALBÚMINA P/ EQ.AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.091	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	49	3972	ALDOLASA.REACTIVO. MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	Líquido	Determinaciones				1.092	
AC: Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	50	4566	ALT(REACTIVO P/ GPT) P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.094	
AC: Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	51	3977	AMILASA P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.095	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	52	3976	AMILASA ENZIMÁTICO (MANUAL) COLORIMÉTRICO	Líquido	Determinaciones				1.096	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	53	9961	Ampolla Solución Control Alto	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Caja			RCA N° 050-047/07	1.097	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	54	9960	Ampolla Solución Control Bajo	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Caja			RCA N° 050-047/07	1.098	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	55	9959	Ampolla Solución Control Normal	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Caja			RCA N° 050-047/07	1.099	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	56	3974	AMPOLLAS TESTIGO ACIDOSIS. PARA GASOMETRÍA	Líquido/Liofilizado	cc				1.100	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	57	3975	AMPOLLAS TESTIGO ALCALOSIS. PARA GASOMETRÍA	Líquido/Liofilizado	cc				1.101	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	58	3973	AMPOLLAS TESTIGO NORMAL. PARA GASOMETRÍA	Líquido/Liofilizado	cc				1.102	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	59	8049	ANTI M PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.103	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	60	8050	ANTI N PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.104	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	61	8051	ANTI S PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.105	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	62	8052	ANTI s PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.106	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	63	3979	ANTI CORE TOTAL. DEBE VENIR C/ CONTROL-CALIBRADOR. EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.107	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	64	4301	ANTI CORE/ IG M. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.108	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	65	4305	ANTI HBE" REACTIVO KIT DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR.EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.109	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	66	4335	ANTI HBS REACTIVO. KIT. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR.EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.110	
Microbiología, Gastroenterología y Hepatología.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	67	10217	ANTICUERPO ANTI- MÚSCULO LISO (ASMA)	Para diagnóstico de Hepatitis Autoinmune Tipo 1. Método ELISA u otro alternativo.	Determinación			Res. 037-011/09	1.111	
Microbiología, Gastroenterología y Hepatología.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	68	10218	ANTICUERPO ANTI- LKM 1	Para diagnóstico de Hepatitis Autoinmune Tipo 2. Método ELISA u otro alternativo.	Determinación			Res. 037-011/09	1.112	
Microbiología, Gastroenterología y Hepatología.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	69	10219	ANTICUERPO ANTI- MITOCONDRIALES (AMA)	Para dignóstico Cirrosis Biliar Primaria. Método de ELISA u otro método alternativo.	Determinación			Res. 037-011/09	1.113	
Microbiología, Gastroenterología y Hepatología.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	70	10296	ANTICUERPO ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO CON PATRÓN PERINUCLEAR (p-ANCA)	Para detección de enfermedades autoinmunes (Colangitis Esclerosante Primaria, Colitis Ulcerosa, LES, Anemia Deprenocítica.	Determinación			Res. 037-011/09	1.114	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	71	4306	ANTI HVA -IG M. EQ. AUTOMATIZADO. C/ CALIBRADOR Y CONTROL	Kit. Líquido	Determinaciones				1.115	
AC servicios	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	72	4724	ANTI KELL SALIM.P/ DET. DE GRUPO SANGUÍNEO.	Líquido	Frasco				1.116	
AC Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	73	5758	SISTEMA API ANTIBIOGRAMA P/ ANAERÓBICOS	Kit. Debe incluir bolsas y generadores p/ anaerobiosis.	Determinaciones			Res. Nº 010-004/10	1.117	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	74	5759	ANTIBIOGRAMA MEDIUM. (MEDIO ANAEROBIO)	Kit	Determinaciones				1.118	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	75	3984	ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA (EDTA)	Líquido - Frasco gotero x 20 a 200 cc.	cc			Res.N° 010 - 041/07	1.119	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	76	3983	ANTICOAGULANTE PARA TP	Líquido - Frasco gotero x 20 a 200 cc.	cc			Res.N° 010 - 041/07	1.120	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AnÁlisis Clínico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	77	10132	ANTICUERPO ANTI-ENDOMISIO IGA	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.121	
AnÁlisis Clínico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	78	10131	ANTICUERPO ANTI-ENDOMISIO IGG	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.122	
AnÁlisis Clínico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	79	10134	ANTICUERPO ANTI-GLIADINA IGA	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.123	
AnÁlisis Clínico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	80	10133	ANTICUERPO ANTI-GLIADINA IGG	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.124	
Análisis Clínico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	81	10136	ANTICUERPO ANTI-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.125	
Análisis Clínico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	82	10135	ANTICUERPO ANTI-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGG	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.126	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	83	3981	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES A.N.A. método IFI	Láminas - Método IFI, HEP-2cells c/controles, láminas improntas, Kit completos con controles (+) y (-); y patrones.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.127	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	84	3992	KIT ANTÍGENOS FEBRILES	Líquido - Cada kit debe contener Antígeno: O;H;A;B; Proteus, Brucella. Método de aglutinación directa en placas C/controles .	Determinaciones			Res. Nº 137-035/10	1.128	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	85	3991	ANTÍGENO V.D.R.L. (SÍFILIS)	Líquido - Adquirir en presentaciones de 100 a 500 Determinaciones. Antígeno listo para su uso, a ser usado en suero y otros Líquidos biológicos. Con controles (+) y (-) Método rápido en placas, floculación directa sin inactivación del suero.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.129	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	86	4150	ANTÍGENO P/ ANTICUERPO ANTI D.N.A. método IFI	Criptidia Lucilae c/controles, láminas improntas, kit completo con controles (+) y (-) y patrones	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.130	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	87	4562	AST (REACTIIVO P/ GOT) EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.131	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	88	3947	Reactivo para ANTITROMBINA (AT)	Método Automatizado para la determinación cromogénica cuantitativa de la AT, para el diagnostico de Trombofilias hereditarias y/o adquiridas. Cada kit se compone: 1:Kit Completo.: R1 Vial de Trombina bobina (liofilizado), R2 vial de sustrato Cromogenico (liofilizado) y R3 vial Trombina solvente que contiene heparina, Diluyente, Calibrador, Control N+P y/o reactivos necesarios, ó. 2: Kit Completo .Reactivo factor FX a (liquido) que contiene Factor bovino Xa , Heparina, tampón, Albúmina de suero bovino y conservantes y Reactivo sustrato cromogénico (liquido); que contiene detergente y tampón (liquido). Calibrador, Control Normal y Patológico y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.132	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	89	6198	AVISPA EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido de 1 cc	cc				1.133	
AC UTI-Urg-Perin	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	90	4898	AVISPA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido de 50 cc	cc				1.134	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	91	4346	BETA 2 MICROGLOBULINA REACTIVO KIT EQ. AUTOM.	Líquido	Determinaciones				1.135	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	92	4294	BETA HCG EN SANGRE CUANTITATIVO (Fraccion Beta)	Líquido	Determinaciones			Res. 049-029/05	1.136	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	93	4053	BILIRRUBINA DIRECTA P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.137	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	94	4051	BILIRRUBINA REACT ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL). C/ESTÁNDAR	Líquido	Determinaciones				1.138	
AC servicios	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	95	4054	BILIRRUBINA TOTAL P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.139	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	96	4132	C3 COMPLEMENTO P/ INMUNODIFUSIÓN RADIAL	Gel - Placas c/patrones de concentración conocida y valores de referencia	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.140	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	97	4133	C4 COMPLEMENTO P/ INMUNODIFUSIÓN RADIAL	Gel - Placas c/patrones de concentración conocida y valores de referencia	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.141	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	98	4071	CALCIO TOTAL P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.142	
AC UTI- Urg-Bq.C	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	99	4069	CALCIO TROMBOPLASTINA T.P.	Polvo - Liofilizado	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.143	
AC UTI- Urg-Bq.C	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	100	4895	CÁNDIDA ALBICANS CONCT.EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido 50 cc	cc				1.144	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Alergia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	101	6196	CÁNDIDA ALBICANS EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 1 a 5 cc. Presentación.Frasco.	cc			RCA: Nº 020-019/12	1.145	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	102	4079	CARBAMAZEPINA REACT.CON CONTR Y CALIBR. EQ. AUTMT.	Kit. Líquido	Determinaciones				1.146	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	103	9972	CARCAZA PARA ELECTRODO DE SODIO (Na +)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-048/08	1.147	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	104	8044	Catalasa Reactivo	Peroxidasa 3%. Presentación. Caja.	Determinación			Res.N° 010 - 041/07 RCA: Nº 020-019/12	1.148	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	105	4112	CICLOSPORINA REACT. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRD.EQ.AUT*	Kit. Líquido	Determinaciones				1.149	
AC Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	106	4099	CK TOTAL (CK NAC) P/EQ. AUTOMT.	Kit. Liofilizado . Debe Ser De Misma Marca Que El Reactivo Ck Mb Con Código 6378.	Determinaciones				1.150	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	107	6378	CK-MB .P/ EQ. AUTOMT.	Kit. Liofilizado . Debe Ser De Misma Marca Que El Reactivo Ck Nac De Código 4099	Determinaciones				1.151	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	108	4107	CLORURO DE CALCIO 0,025 M	Líquido	cc				1.152	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	109	4508	COAGULASA TEST C/ RABIT PLASMA	Liofilizado	Determinaciones				1.153	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	110	4261	Reactivo para FACTOR IX	Método Automatizado : Coagulación Reactivos liofilizados deficiente en Factor IX, con calibradores, controles, buffer, reactivo de TTPA, y Cloruro de Calcio 0.025 M y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior 1 % (Sensibilidad) Cada kit se compone: Por metodo de coagulacion: 1 : Kit Completo : Plasma humano deficiente en factor IX (Liofilizado) , TTPA , Ca Cl2 0.025 M , Diluyente, Calibrador, Control N+P y/o reactivos necesarios. ó. 2 : Kit Completo: Plasma humano deficiente en factor IX (liofilizado), diluyente de factor , TTPA reactivo(liquido), Cloruro de Calcio (liquido), Calibrador, Control Normal y Patológico y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.154	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	111	4258	Reactivo para FACTOR VIII	Metodología automatizada: Coagulación y Cromogénico, reactivo liofilizado deficiente en Factor VIII con calibradores, controles, buffer, reactivo de TTPA, Cloruro de Calcio 0.025 M y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1 % (Sensibilidad). Cada kit se compone: Por método de coagulación: 1-Kit Completo: Plasma humano citratado deficiente en factor VIII (Liofilizado), Ca Cl2 0.025, Diluyente, TTPA., Calibrador, Control N+P y/o reactivos necesarios, ó. 2:Kit Completo Plasma deficiente en factor VIII (liofilizado), diluyente de factor, TTPA (liquido) , Cloruro de Calcio (Liquido), Calibrador, Control normal y patológico, Diluyente, y/o reactivos necesarios, Y Por método cromogénico: 1: Kit Completo : Reactivo de Factor IXa, Reactivo Factor X, Sustrato Factor Xa, ,Tampón de dilución, calibradores, controles y/o reactivos necesarios. ó. 2: Kit Completo Sustrato cromogénico(liofilizado), reactivo factor IXa , factor X y trombina liofilizada con CaCl2 (40 µmol M) y fosfolípido,Buffer , Calibradores, Controles y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.155	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	112	4194	Reactivo para FACTOR XI	Metodología Automatizada: Coagulación Reactivos liofilizados deficiente en factor XI, con calibradores, controles, buffer, reactivo de TTPA, y Cloruro de Calcio 0.025 M, misma marca y método que los códigos 4261, 4258 y 10765, y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1 % (Sensibilidad). Cada kit se compone: Por método de coagulación: 1. Kit Completo. Plasma deficiente en factor XI (Liofilizado), TTPA, CaCl2, con diluyente, Calibrador, Control N+P y/o reactivos necesarios, ó. 2: Kit Completo. Plasma humano deficiente en factor XI (liofilizado), diluyente de factor, reactivo APTT (liquido), Ca Cl 2 0.025 M (liquido);Plasma Calibrador, Control Normal y Patológico y/o reactivos necesario Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.156	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	113	4119	COLESTEROL HDL P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.157	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	114	4118	COLESTEROL P/ EQ. AUTMT.	Líquido	Determinaciones				1.158	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	115	4282	COLORACIÓN DE GRAM	Kit. Líquido - Presentación: Frascos de 100 a 200 ml.-	cc			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.159	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	116	2297	COLORANTE DE GIEMSA	Frasco X 250 a 1.000 ml.	Cm Cúbico			RCA N° 071-010/06	1.160	
AC UTI-Urg-Perin	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	117	4675	COLORANTE DE ZIEHL- NILLSEN 3X100 ML.	Kit. Líquido (Fraccionado en Fco de 100 a 200 cc)	cc			Res. N° 062-016/05	1.161	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	118	2282	COLORANTE WRIGHT SOLUCIÓN	Líquido. Frasco De 250 a 1.000 Cc	Cm Cúbico			Res. Nº 109-036/10	1.162	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	119	10616	COLCHICINA PARA LIQUIDO AMNIOTICO	Líquido estéril. Contiene 10 ug/ml. De colchicina en PBS. Frasco de 5 a 10 ml.	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.163	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	120	10617	COLCHICINA PARA SANGRE PERIFERICA	Polvo concentración 95% grado HPLC. Frasco x 100 a 500 mg. Contenido de cloroformo menor a 0,1 %.	Miligramo			Res. Nº 090-003/10	1.164	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	121	10618	COLAGINASA TIPO I	Enzima utilizada para disgregación de celulas y tejidos. Frasco x 1 gr.	Gramo			Res. Nº 090-003/10	1.165	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	122	4128	CONTROL ANORMAL QCS2	Reactivo	Frasco				1.166	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	123	8061	CONTROL BIOLÓGICO (PARA ESTUFA) P/BASILUS SUBTILIS	P/BASILUS SUBTILIS PARA ESTUFA	AMPOLLAS			Res.N° 072-003/05	1.167	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	124	4125	CONTROL NIVEL 1-2-3 PARA ELECTROLITOS EQUIPOS AVL 9130	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas. 10 Ampollas de cada nivel	Caja			Res. N° 053-026/08	1.168	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	125	6138	CONTROL NIVEL 1 PARA GASOMETRÍA EQUIPO ESCHWEILER 2000	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas.	Caja			Res. N° 053-026/08	1.169	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	126	10200	CONTROL NIVEL 2 PARA GASOMETRÍA EQUIPO ESCHWEILER 2000	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas.	Caja			Res. N° 053-026/08	1.170	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	127	10201	CONTROL NIVEL 3 PARA GASOMETRÍA EQUIPO ESCHWEILER 2000	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas.	Caja			Res. N° 053-026/08	1.171	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	128	4127	CONTROL NORMAL QCS1	Reactivo	Frasco				1.172	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	129	4327	CONTROL P/ EQ. DE ELECTROLITOS CIBA CORNING 644- CERTAIN NIVEL 1,2,3	Reactivo	Frasco				1.173	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	130	4736	CONTROL PARA FTA -ABS Met. IFI	Liofilizado o listo para su uso. Presentación .Frasco.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.174	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	131	4669	CONTROL PARA TOXOPLASMA Met. IFI.	Presentación: frasco Liofilizado o listo para usar.	Unidad			Res. N° 137-035/10	1.175	
Lab. U.T.I.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	132	8026	CONTROL RÁPID QC PLUS NIVEL 1 CAJA DE 30 AMPOLLAS x 2,5 ml. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478941	KIT			Res.N° 072-003/05	1.176	
Lab. U.T.I.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	133	8027	CONTROL RÁPID QC PLUS NIVEL 2 CAJA DE 30 AMPOLLAS x 2,5 ml. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478942	KIT			Res.N° 072-003/05	1.177	
AC: Bq CI-URG-UTI-Hemato	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	134	8028	CONTROL RÁPID QC PLUS NIVEL 3 CAJA DE 30 AMPOLLAS x 2,5 ml. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478943	KIT			Res.N° 072-003/05	1.178	
AC: Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	135	4136	CREATININA ENZIMÁTICA MÉT. MANUAL	Líquido	Determinaciones				1.179	
AC Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	136	4135	CREATININA P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.180	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	137	6192	CUCARACHA .EXTRACTOS.PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.181	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	138	6122	CUCARACHA CONCT.EXTRACTOS.ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.182	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	139	6187	DERMATOFAGOIDES BLOMIA . EXTRACTOS PRICK TEST.	. Frasco de 5 cc	cc				1.183	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	140	6126	DERMATOFAGOIDES BLOMIA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.184	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	141	6188	DERMATOFAGOIDES FARINAE. EXTRACTOS PRICK. TEST.	Líquido. Frasco De 5 Cc	cc				1.185	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	142	5973	DERMATOFAGOIDES FARINAE.CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.186	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	143	6189	DERMATOFAGOIDES PTERONISMOS. EXTRACTOS. PRICK TEST.	Líquido. Frasco De 5 Cc	cc				1.187	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	144	5974	DERMATOFAGOIDES PTERONISMOS.CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.188	
AC	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	145	4805	DESPROTEINIZADOR.REACTIVO	Líquido	Frasco				1.189	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	146	5874	SOLUCIÓN DESPROTEINIZANTE ADAPTABLE A EQUIPO ELECTROLITO ESCHWEILER MODELO COMBI-LINE.	Adaptable a Equipo Electrolito Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 100 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.190	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	147	4457	DETERGENTE NO IÓNICO	Líquido. Bidón De 5 Lts	Frasco				1.191	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	148	10180	DETERMINACIÓN DE MRSA (Staphylococcus Aureus Meticilina Resistente)	Método de aglutinación por látex c/sensibilidad y especificidad entre 95 y 100% y tiempo mínimo de lectura e interpretación 30 segundos.-	Determinación			Res. N° 053-026/08	1.192	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	149	4200	DIGOXINA. REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRAOR. P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Kit. Líquido	Determinaciones				1.193	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	150	4148	DILUYENTE DE GLÓBULOS ROJOS	Frasco x 50 a 100 cc.-	cc			Res.N° 010 - 041/07	1.194	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	151	4149	DILUYENTE DE PLAQUETAS	Frasco x 50 a 100 cc.-	cc			Res.N° 010 - 041/07	1.195	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	152	4156	DISCO DE AMIKACINA DE 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.196	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	153	4168	DISCO DE AMOXICILINA / AC. CLAVULÁNICO 20/10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.197	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	154	4151	DISCO DE AMPICILINA / SULBACTAN 10/10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.198	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	155	4158	DISCO DE CEFALOTINA DE 30 ug	Microbiología. Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.199	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	156	4170	DISCO DE CEFTRIAXONA DE 30ug	Microbiología. Frasco ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.200	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	157	4155	DISCO OXIDASA	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.201	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	158	4191	DISCO DE TOBRAMICINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.202	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	159	4179	DISCOS DE OPTOQUINA 5 ug	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.203	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	160	4152	DISCOS DE AMPICILINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.204	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	161	4153	DISCOS DE BACITRACINA 0,04 ug	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.205	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	162	4050	DISCOS DE BETALACTAMASA	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.206	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	163	6788	DISCOS DE CEFEPIME 30 ug	Frasco ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.207	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	164	6267	DISCOS DE CEFIXIMA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.208	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	165	4187	DISCOS DE CEFOPERAZONA 75 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.209	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	166	6794	DISCOS DE CEFOTAXIMA - AC.CLAVULÁNICO 30 ug /10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.210	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	167	4154	DISCOS DE CEFOTAXIMA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.211	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	168	4167	DISCOS DE CEFOXITINA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.212	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	169	6954	DISCOS DE CEFTAZIDIMA - AC.CLAVULANICO 30 ug/10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.213	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	170	4164	DISCOS DE CEFTAZIDIMA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.214	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	171	4169	DISCOS DE CEFUROXIMA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.215	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	172	4163	DISCOS DE CIPROFLOXACINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.216	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	173	4231	DISCOS DE CLINDAMICINA 2 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.217	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	174	4160	DISCOS DE CLORANFENICOL 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.218	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	175	4162	DISCOS DE COLISTIN 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.219	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	176	4159	DISCOS DE ERITROMICINA 15 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.220	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	177	10305	DISCOS DE ERTAPENEM DE 10 UG.	Microbiología. Frascos o tubos x 50 discos. Sistema (resortes). Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga.	Frasco			Res. Nº 071-038/09	1.221	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	178	4173	DISCOS DE FACTOR V	Frascos ó tubos; Los discos deben tener impresos la sigla. Presentación. Frasco.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA Nº 020-019/12	1.222	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	179	4172	DISCOS DE FACTOR X	Frascos ó tubos; Los discos deben tener impresos la sigla. Presentación. Frasco.	unidad			RCA N° 071-010/06 RCA Nº 020-019/12	1.223	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	180	4174	DISCOS DE FACTOR X + V	Frascos ó tubos; Los discos deben tener impresos la sigla. Presentación. Frasco.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA Nº 020-019/12	1.224	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	181	4175	DISCOS DE GENTAMICINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.225	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	182	6268	DISCOS DE GENTAMICINA 120 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.226	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	183	4165	DISCOS DE IMIPENEN 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.227	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	184	6955	DISCOS DE LEVOFLOXACINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.228	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	185	4189	DISCOS DE MEROPENEM 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.229	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	186	6956	DISCOS DE MINOXICLINA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.230	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	187	4181	DISCOS DE NALIDIXICO 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.231	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	188	4178	DISCOS DE NITROFURANTOINA 300 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.232	
AC Hematologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	189	4161	DISCOS DE NORFLOXACINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.233	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	190	4177	DISCOS DE NOVOBIOCINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.234	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	191	4157	DISCOS DE OXACILINA 1 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.235	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	192	4180	DISCOS DE PENICILINA 10 u.i.	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.236	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	193	4184	DISCOS DE PIPERACILINA 100 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.237	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	194	6269	DISCOS DE PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.238	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	195	4197	DISCO PARA IDENTIFICACIÓN DE ENTEROCOCCUS	Frascos ó tubos. Para diagnóstico rápido de Enterococcus spp y Streptococcus pyogenes.	Unidad			Res.N° 137-035/10	1.239	
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	196	4183	DISCOS DE RIFAMPICINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.240	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	197	6001	DISCOS DE SULBACTAN + CEFOPERAZONA 30 ug/75 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.241	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	198	4196	DISCOS DE TETRACICLINA 30ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.242	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	199	4190	DISCOS DE TRIMETROPIN/ SULFAMETOXAZOL 1.25/23,75 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.243	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	200	4192	DISCOS DE VANCOMICINA 30ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.244	
Laboratorio.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	201	10221	DISCOS DE EDTA (Acido etilendiamino tetraacético) 372 ug.	Frasco ó tubos X 50 como mínimo. Presentación. Frasco	Unidad			Res. 096-007/08 RCA: Nº 020-019/12	1.245	
Laboratorio.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	202	10222	DISCOS DE ACIDO BORÓNICO 300 ug.	Frasco ó tubos X 50 como mínimo. Presentación. Frasco	Unidad			Res. 096-007/08 RCA: Nº 020-019/12	1.246	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	203	6752	REACTIVO PARA ANTICOAGULANTE LUPICO	Método Automatizado: Coagulación. Confirmar al menos con dos pruebas de screening sensibles, con diferentes principios analiticos(ambas pruebas deben ser dependientes de fosfolipidos) . Deben incluir controles Positivo y Negativo). Cada kit se compone: Dos Metodologías dependientes de fosfolipidos : 1- (Veneno de Víbora de Russell Diluido) Kit completo DRVVT Screen (liofilizado), DRVVT Confirmatorio (liofilizado) con , Controles , negativo y positivo y/o reactivos necesarios. 2- TTPA dependiente de PL (fosfolipidos) con diferente principio analitico. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones	KiT		RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.247	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	204	9970	ELECTRODO DE CLORO (Cl -)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-048/08	1.248	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	205	4056	ENRIQUECIMIENTO PARA MEDIO DE CULTIVO	Caja x viales. Cada caja debe corresponde para la preparación de 1000 ml de medio de cultivo como mínimo.	Caja			Res. N° 010-004/10	1.249	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	206	4897	EPITELIO GATO EXTRACTOS. PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.250	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	207	6191	EPITELIO GATO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.251	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	208	4896	EPITELIO PERRO EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.252	
AC UTI-Urg	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	209	6190	EPITELIO PERRO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.253	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	210	4742	ESTANDART AEROBIC PLUS S/ INHIBIDOR DE ANTIBIÓTICO EQ. AUTOMATIZADO. HEMOCULTIVO	Medios de cultivos con sensores de crecimiento compatibles con el sistema de Detección Microbiana	Frasco			RCA N° 066-016/07	1.254	
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	211	6165	ESTRIOL PLASMÁTICO METD DE ELISA (PERINATOLOGIA)	Reactivo	Determinaciones				1.255	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	212	6914	E-TEST P/ CEFOTAXIMA	Tiras	Determinaciones				1.256	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	213	6915	E-TEST P/ PENICILINA	Tiras	Determinaciones				1.257	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	214	6916	E-TEST P/ VANCOMICINA	Tiras	Determinaciones				1.258	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	215	10179	E-TEST PARA COLISTINA	Presentación: blister y/o tiras.	Determinación			Res. N° 010-004/10	1.259	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	216	4219	FENITOINA. CON CONTROL, CALIBRADOR P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.260	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	217	4253	FENOBARBITAL. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.261	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	218	5527	FIJADOR CELULAR (ANATOMIÍA PATOLÒGICA)	Líquido	Frasco				1.262	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	219	10612	FITOHEMOAGLUTININA FORMA M	Liofilizado. Temperatura de conservación: -5 a -20 ºC. Frasco de 5 a 10 ml. Presentación: frasco	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.263	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	220	10622	FILTRO 0,22 MICRAS PARA 15 ML.	De plástico con rosca adaptables a jeringas de 10 a 20 ml. Presentación: caja.	Unidad			Res. Nº 090-003/10	1.264	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	221	4249	FLUÍDO PACK A.V.L.	Frasco líquido Adaptable a Equipo de electrolitos AVL.-	frasco			RCA N° 071-010/06	1.265	
AC UTI-Urg-Perin	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	222	4353	FOLATO REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL, CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.266	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	223	9388	FOSFATASA ÁCIDA TOTAL Y PROSTÁTICA P/ EQ.AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.267	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	224	4545	FOSFATASA ÁCIDA Y PROSTÁTICA MET. COLORIMÈTRICO ENZIMÀTICA.	Líquido	Determinaciones				1.268	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	225	4548	FOSFATASA ALCALINA REACTIVO ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL)	Líquido	Determinaciones				1.269	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	226	4544	FOSFATASA ALCALINA P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.270	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	227	6164	FOSFATIDIL GLICEROL	Líquido	Determinaciones				1.271	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	228	4265	GAMMA G.T. REACTIVO	Kit Líquido - Método manual kit completo con sus accesorios.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.272	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	229	9389	GENERADOR P/ ANAEROBIOSIS	Tiras	Determinaciones				1.273	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	230	4563	GGT (GAMMA GT) P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.274	
AC Bq Cl-Perinato	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	231	4267	GLICERINA TAMPONADA	Líquido	cc				1.275	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	232	4378	GLOBULINA ANTI IGG HUMANA. MARCADA CON FLUORESCEÍNA	Líquido	Frasco			Res. N° 053-026/08	1.276	
AC servicios	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	233	4377	GLOBULINA ANTI IGM HUMANA. MARCADA CON FLUORESCEÍNA	Líquido	Frasco			Res. N° 053-026/08	1.277	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	234	4268	GLUCOSA REACTIVO P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.278	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	235	4269	GLUCOSA ENZIMÁTICA REACTIVO	Método manual. Adquirir presentaciones de 100 a 1000 determinaciones. Presentación. Caja.	Determinación			RCA N° 071-010/06 RCA: Nº 020-019/12	1.279	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	236	4304	HBE2 REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.280	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	237	4559	HBS AG (REACTIVO P/ HEPATITIS B) C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.281	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	238	4307	HCV REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.282	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	239	4066	HEMOCULTIVO ADULTO. MANUAL	Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.283	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	240	9390	HEMOCULTIVO NEONATO MANUAL	Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.284	
Servicio de Microbiología del H.C.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	241	4739	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Medios de cultivos con sensores de crecimiento compatibles con el sistema de Detección Microbiana	Frasco			RCA N° 066-016/07	1.285	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	242	4067	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO. MANUAL	Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.286	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	243	4300	HEMOGLOBINA ESTÁNDAR	Líquido	Frasco			Res. N° 062-016/05	1.287	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	244	6163	HEMOGLOBINA GLICOSILADA MET. RÁPIDO	Kit Líquido, con patrones correspondientes, método intercambiador de iones u otro método rápido	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.288	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	245	4273	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REAC. EQ. C/ CONTROL Y CALIBRADOR AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.289	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	246	4299	HEMOGLOBINA REACTIVO	Líquido - Adquirir de 200 a 500 Determinaciones para facilitar su provisión y uso adecuado	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.290	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	247	6194	HONGOS ALTERNARIA EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.291	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	248	6124	HONGOS ALTERNARIA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.292	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	249	6195	HONGOS ASPERGILLUS EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.293	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	250	6125	HONGOS ASPERGILLUS CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.294	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	251	6123	HONGOS CLADOSPORIUM CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.295	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	252	6193	HONGOS CLADOSPORIUM. EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.296	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	253	6127	HORMIGA COLORADA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.297	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	254	6197	HORMIGA COLORADA EXTRACTOS PRICK TEST	Líquido. Frasco De 1 Cc	cc				1.298	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	255	4316	I.G.A. INMUNO MÉTODO INMUNO DIFUSIÓN RADIAL (IDR) PLACAS	Kit Gel, misma marca que IGM e IGG, Placas con patrones de concentración conocida y valores de referencia.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.299	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	256	4317	I.G.G. INMUNO MÉTODO INMUNO DIFUSIÓN RADIAL (IDR) PLACAS	Kit Gel, misma marca que IGA e IGM, Placas con patrones de concentración conocida y valores de referencia.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.300	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	257	4315	I.G.M. INMUNO MÉTODO INMUNO DIFUSIÓN RADIAL (IDR) PLACAS	Kit Gel, misma marca que IGG e IGA, Placas con patrones de concentración conocida y valores de referencia.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.301	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	258	9391	INDICADOR P/ ANAEROBIOSIS	Kit	Determinaciones				1.302	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	259	10300	HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE PARA VIRUS	Para detección de virus de influenza.	Unidad			Res.Nº 046-023/09	1.303	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	260	8047	KIT ANTI " JKa " PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.304	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	261	8048	KIT ANTI " JKb " PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.305	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	262	10454	KIT DE TUBULADURAS Y FILTROS (JUEGO) P/GASÓMETRO.	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: kit	KIT			Res. Nº 086-010/09	1.306	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	263	10455	KIT DE TUBULADURAS P/ BOMBAS (JUEGO) P/GASÓMETRO.	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: kit	KIT			Res. Nº 086-010/09	1.307	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	264	10456	KIT DE TUBULADURAS Y FILTROS (JUEGO) P/ELECTROLITO	Adaptable a Equipo Electrolito Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: kit	KIT			Res. Nº 086-010/09	1.308	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	265	10457	KIT DE TUBULADURAS P/BOMBA (JUEGO) P/ELECTROLITO	Adaptable a Equipo Electrolito Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: kit	KIT			Res. Nº 086-010/09	1.309	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	266	3987	REACTIVO CA 125	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.310	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	267	3988	REACTIVO CA 15-3	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.311	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	268	4264	REACTIVO FERRITINA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.312	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	269	4286	REACTIVO PROLACTINA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.313	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	270	9392	KIT RIA 17 - HIDROCORTICOSTEROIDES	Líquido. Liofilizado	Determinaciones				1.314	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	271	9393	KIT RIA 17 - HIDROXIPROGESTERONA	Líquido. Liofilizado	Determinaciones				1.315	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	272	9394	KIT RIA 17-CETOESTEROIDES	Líquido. Liofilizado	Determinaciones				1.316	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	273	4537	REACTIVO ALFA FETO PROTEÍNAS	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.317	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	274	8856	KIT RIA ANDROSTENEDIONA	Líquido. Liofilizado	Determinaciones				1.318	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	275	3989	REACTIVO CA 19-9	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.319	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	276	8858	REACTIVO CALCITONINA.	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.320	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	277	9395	KIT RIA CATECOLAMINAS	Líquido	Determinaciones				1.321	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	278	4121	KIT RIA CORTISOL CAC	Líquido	Determinaciones				1.322	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	279	9396	REACTIVO CORTISOL LIBRE	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.323	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	280	8857	REACTIVO DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.324	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	281	3985	KIT RIA ELSA 2 0/ OSTEO (OSTEOCALCIONA)	Líquido	Determinaciones				1.325	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	282	3986	REACTIVO CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.326	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	283	4237	REACTIVO ESTRADIOL	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.327	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	284	10625	REACTIVO PARA DOSAJE DE TACROLINEMIA	MEIA - QUIMIOLUMINISCENCIA u otro Método similar.	Determinaciones			Res. Nº 120-008/10	1.328	
AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	285	4290	REACTIVO FSH (FOLÍCULO ESTIMULANTE)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.329	
AC UTI- Urg	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	286	4288	REACTIVO DE IGE TOTAL	Metodología: Inmunoturbidimetría, quimioluminiscencia u otro método similar para equipo automatizado a comodato. Kit completo con reactivos, calibradores y controles; los reactivos y materiales no provistos en el kit deben suministrarse como soporte y los equipos automatizados a comodato. Muestra: suero, plasma	Determinaciones		UNIDAD	RCA N° 070-046/2022	1.330	
AC: Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	287	4289	REACTIVO LH (HORMONA LUTEINIZANTE)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.331	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	288	8855	REACTIVO PTH (HORMONA PARATIROIDEA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.332	
AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	289	4615	REACTIVO DE PROGESTERONA	Metodología: Quimioluminiscencia u otro método similar para equipo automatizado a comodato. Kit completo con reactivos, calibradores y controles; los reactivos y materiales no provistos en el kit deben suministrarse como soporte y los equipos automatizados a comodato. Muestra: suero, plasma.	Determinaciones		UNIDAD	RCA N° 070-046/2022	1.333	
AC: Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	290	4291	REACTIVO PSA LIBRE (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.334	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	291	4293	REACTIVO PSA TOTAL (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.335	
AC:Bq CI-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	292	8854	REACTIVO HGH (HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.336	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	293	4613	KIT RIA T3 LIBRE	Líquido	Determinaciones				1.337	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	294	4612	REACTIVO T3 (TRIYODOTIRONINA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.338	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	295	4611	REACTIVO FT4 (TETRAYODOTIRONINA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.339	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	296	4616	REACTIVO TESTOSTERONA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.340	
AC Bq Cl/URG	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	297	4610	REACTIVO HTG (HORMONA TIROGLOBULINA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.341	
AC servicios	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	298	4569	REACTIVO TPO (TIROPEROXIDASA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.342	
AC Hematologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	299	4284	REACTIVO TSH (HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.343	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	300	4396	LDH ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL)	Líquido	Determinaciones				1.344	
ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	301	4395	LDH P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.345	
AC UTI - Urg- Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	302	4122	LDL COLESTEROL P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.346	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	303	4399	LIPASA ENZIMÁTICA REACTIVO	Líquido	Determinaciones				1.347	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	304	8853	LIPASA P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.348	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	305	4400	LÍPIDOS TOTALES (LIPEMIA) MET. COLORIMÈTRICO	Líquido	Determinaciones				1.349	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	306	4401	MAGNESIO REACTIVO MET. COLORIMÈTRICO.	Líquido	Determinaciones				1.350	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	307	10611	MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640	Líquido estéril, filtrado con L- glutamina y bicarbonato de sodio. Temperatura de conservación : -5 a -20 ºC. Frasco de 250 a 500 ml. Presentación: frasco.	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.351	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	308	10613	MEDIO DE CULTIVO PARA CARIOTIPO DE LINFOCITOS.	Líquido. Contiene suero fetal bovino (10 a 40%). Fitohemoaglutinina (1 a 2%). Frasco de 250 a 500 ml.	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.352	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	309	10614	MEDIO DE CULTIVO BASAL PARA CARIOTIPO DE LIQUIDO AMNIÓTICO O VELLOSIDADES CORIALES.	Líquido estéril. Contiene L-glutamina y antibióticos. Frasco de 50 a 100 ml.	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.353	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	310	9964	MEMBRANA DE CALCIO (Ca ++)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-048/08	1.354	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	311	9966	MEMBRANA DE CLORO (Cl -)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568	Unidad			RCA N° 032-048/08	1.355	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	312	9962	MEMBRANA DE POTASIO (K +)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-048/08	1.356	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	313	9968	MEMBRANA DE REFERENCIA	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-048/08	1.357	
AC: Bq Cl-Urg-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	314	4418	METOTREXATO. EQ AUTOMATIZADOS	Debe Venir c/ Control Y Calibradores	Determinaciones				1.358	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	315	4438	MICRO PROTEÍNAS P/ LCR- (MICROPROTEÍNAS)	Líquido	Determinaciones				1.359	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	316	6199	MOSQUITOS EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 1 cc	cc				1.360	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	317	4899	MOSQUITOS CONCENTRADO EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.361	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	318	4456	MULTICALIBRADOR 1-2 ML P/ EQUIP. AUTOM.	Frascos	Frasco				1.362	
AC UTI- Urg	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	319	4593	MUP SOLUCIÓN 1	Líquido	Frasco				1.363	
Hospitales Area Interior	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	320	9932	PACK DE SOLUCIÓN CALIBRADORA P/EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	Solución Calibradora adaptable a equipo de Electrolitos Marca CAT AADEE 001. Presentación: pack.	Determinaciones			RCA N° 027-077/07	1.364	
AC UTI- Urg	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	321	8055	PANEL CELULAR IDENTIFICADOR DE 11 CÉLULAS	Panel con 11 frascos goteros, adecuado para ser usado en tarjetas	CAJA			Res.N° 072-003/05	1.365	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	322	8054	PANEL CELULAR SELECTOR DE 2 CÉLULAS	Panel con 2 frascos goteros, adecuado para ser usado en tarjetas	CAJA			Res.N° 072-003/05	1.366	
Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	323	10641	PANEL PARA VIRUS RESPIRATORIOS IFI	Método IFI Inmuno Fluorescencia Indirecta para la detección de antígeno viral de Influenza A y B; Adenovirus, VSR Virus Sincitial Respiratorio; Parainfluenza 1, 2 y 3. Presentación: caja de 50 a 200 determinaciones.	Caja			Res. Nº 054-036/11	1.367	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	324	10621	PENICILINA G SAL SODICA	Polvo. Contiene Bencilpenicilina sal sódica. Testado para cultivo de células. Concentración mayor o igual a 1477 unidades penicilina G base por mg. Frasco de 10.000.000 unidades. Presentación: frasco.	Frasco			Res. Nº 090-003/10	1.368	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	325	4039	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLÒGICO p/ COAGULACIÓN 50 % NORMAL Y 50 % PATOLÓGICO	Liofilizado	Frasco			Res. N° 062-016/05	1.369	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	326	10624	PLACA DE PETRI DE 3 CM DE DIAMETRO.	Placa de plástico estéril de 3 cm de diámetro. Bolsas de 10 50 unidades. Presentación: Bolsas.	Unidad			Res. Nº 090-003/10	1.370	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	327	6186	POLVO DOMÉSTICO EXTRACTOS PRICK TEST. 5 CC.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.371	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	328	4931	POLVO DOMÉSTICO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS FCOX 50 CC.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.372	
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	329	4531	PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)	Látex - Método rápido de aglutinación, con controles.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.373	
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	330	4532	PROTEÍNA TOTAL REAC.ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL) C/ESTÁNDAR	Kit. Líquido	Determinaciones				1.374	
AC Hematologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	331	4530	PROTEÍNA TOTAL. P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.375	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	332	4166	PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.376	
AC Hemato-Perinato	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	333	6252	REACT. P/ HEMOGRAMA P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.377	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	334	4106	REACTIVO CMV IGM (CITEMEGALOVIRUS) C/ CONTROL Y CALIBRADOR P/ EQ AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.378	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	335	4568	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	Líquido, Revelador incoloro ó de color claro, Frascos de 100 a 200 cc cada componente.-	cc			RCA N° 071-010/06	1.379	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	336	6935	REACTIVO DE PANDY P/ LCR	Líquido	cc				1.380	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	337	4553	REACTIVO GOT. (MÉT. MANUAL)	MET. COLORIMÉTRICO O CINETICO. Presentación.Caja.	Determinación			RCA: Nº 020-019/12	1.381	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	338	4567	REACTIVO GPT. (MÉT. MANUAL)	MET. COLORIMÉTRICO O CINETICO. Presentación.Caja.	Determinación			RCA: Nº 020-019/12	1.382	
AC:Bq Cl-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	339	4398	REACTIVO HEMOLISANTE. (LISANTE) EQ. COULTER PIPS	Líquido	cc				1.383	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	340	4552	REACTIVO HIV (SIDA) MÉT. ELISA O EQ. AUTOMATIZ.	Reactivo. Kit. 99,8% De Especificidad - 99,9% Sensibilidad	Determinaciones				1.384	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	341	4110	REACTIVO P/ ANÁLISIS DE ORINA	Tiras de 10 parámetros como mínimo, en frascos herméticamente sellados, con desecante.	Determinaciones			RCA N° 010-004/10	1.385	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	342	4062	REACTIVO P/ CALCIO. MET COLORIMÉTRICO. (M MANUAL)	Líquido	Determinaciones				1.386	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	343	6152	REACTIVO P/ CÉLULAS L.E. (LUPUS ERITEMATOSO)	Látex- Con controles (+) y (-)	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.387	
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	344	3994	REACTIVO P/ CHAGAS I.F.I. (TRIPANOSOMA CRUZI)	Láminas improntas ó polvo liofilizado para preparar láminas, misma marca que códigos 4377; 4378; 4585 y 4736.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.388	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	345	4105	REACTIVO P/ CMV IG G (CITOMEGALOVIRUS) C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ.AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.389	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	348	4514	REACTIVO P/ DEGRADACIÓN DE LA FIBRINA PDF	Kit Liofilizado, con controles (+) y (-).-	Determinaciones				1.392	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	349	4262	REACTIVO P/ DET. DE FÓSFORO. MÉTODO COLORIMÉTRICO MANUAL	Líquido - Adquirir en presentaciones de 100 a 200 Determinaciones.	Determinaciones				1.393	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	350	4263	REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO	Líquido	Determinaciones				1.394	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	351	4260	REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE FOSFORO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.395	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	352	8850	REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE HIERRO SERICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.396	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	353	4104	REACTIVO P/ DIAGNÓSTICO DE CHAGAS MET. DE ELISA. C/ CALIBRADOR Y CONTROL. P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	99,6% De Especificidad - -100% Sensibilidad. Kit. Líquido	Determinaciones				1.397	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	354	6369	Reactivo para ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA (AAC)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA técnicas automatizadas . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples). Cada kit se compone: 1- Kit completo: a CL IgG e IgM cartuchos Test (Liq), a CL IgG e IgM Calibrador 1 Y 2 (liq), Low a Cl IgG e IgM control (liq), High aCl IgG e IgM control (liq) y/o reactivos necesarios, ó. 2-Kit completo : Tampón de muestra , Tampón de lavado, Conjugado, IgG / IgM, Substrato TMB, Solución de STOP, Calibradores, Controles Negativos y Positivos, Wash, diluyente, , micropocillos recubierto de antígeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KiT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.398	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	355	7373	Reactivo para ANTICUERPO ANTIFOSFOLIPIDICO (AAP)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA tecnicas automatizadas. Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioliminiscencia, citrometria de flujo, sistemas multiples). Kit completo : Tampón de muestra, Tampón de lavado, Control Negativo y Control Positivo, Calibradores, Conjugado, IgG e IgM, Wash, diluyente, Substrato TMB sustrato,Solución Stop, Micropocillos recubierto de antigeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KiT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.399	
Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	356	4551	REACTIVO P/ DOSAJE DE HIERRO.	Método manual colorimétrico, libre de interferencias en muestras lípemicas. Presentación. Caja.	Determinación			RCA: Nº 020-019/12	1.400	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	357	8851	REACTIVO P/ ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO) P/ EQ. AUTOMATIZADO (MÓDULO: ISE)	Líquido	Determinaciones				1.401	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	358	4013	REACTIVO P/ FACTOR REUMATOIDEO	Látex - con controles (+) y (-); método rápido de aglutinación en placas de 1 a 2 min.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.402	
AC Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	359	4554	REACTIVO P/ HERPES IGG MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia que el Reactivo Herpes IGM (Cód. 4555)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.403	
AC Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	360	4555	REACTIVO P/ HERPES IGM MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia que el Reactivo Herpes IGG (Cód. 4554)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.404	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	361	4440	REACTIVO P/ MONONUCLEOSIS LÁTEX	Látex - con controles (+) y (-); método rápido de aglutinación en placas de 1 a 2 min.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.405	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	362	6168	REACTIVO P/ RUBEOLA IGG MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia de la Rubeola IGM (Cód. 6169)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.406	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	363	4671	REACTIVO P/ RUBEOLA IGG. EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.407	
AC	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	364	4672	REACTIVO P/ RUBEOLA IGM .EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.408	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	365	6169	REACTIVO P/ RUBEOLA IGM MÉT. ELISA(PERINATOLOGÍA)	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia de la Rubeola IGG (Cód. 6168)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.409	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	366	5421	REACTIVO P/ SÍFILIS (TREPONEMA PALLIDUM)	Inmunoensayo de Quimioluminiscencia (CLIA), electroquimioluminiscencia (ECLIA) u otro método que cumpla el fundamento de los Inmunoensayos automatizado cumpliendo además las características de desempeño del Dispositivo de Uso In Vitro (IVD) con Sensibilidad (99,5%± 0,5%) y Especificidad (99,5%± 0,5%)	Determinaciones		Unidad	RCA 004-029/2022	1.410	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	367	4619	REACTIVO P/ SÍFILIS IFI (TREPONEMA PALLIDUM)	Láminas improntas ó polvo liofilizado para preparar láminas, misma marca que códigos 4377; 4378; 4585 y 4736.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.411	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	368	3996	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IFI	Láminas improntas ó polvo liofilizado para preparar láminas, misma marca que cód.4669.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.412	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	369	4668	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IGG. EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.413	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	370	4667	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IGM. EQ. AUTOMATIZADO	Reactivo	Determinaciones				1.414	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	371	4820	REACTIVO P/ VIT. B12. C/ CONTROL Y CALIBRADOR. EQ.AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.415	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	372	4120	REACTIVO P/DETERMINACIÓN DE HDL COLESTEROL.ENZIMÁTICO (MÉTODO MANUAL)	Líquido	Determinaciones			Res.N° 062-016/05	1.416	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	373	9081	REACTIVO PARA ANTIGENEMIA PARA DENGUE	ParA detección de Antígeno del Virus Dengue (NS1). Método Inmunocromatográfico. Sensibilidad y Especificidad Mínima 90%.	Determinaciones			Res. N° 016-015/11	1.417	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	374	10636	REACTIVO PARA ANTIGENEMIA PARA DENGUE	Para detección de Antígeno del Virus Dengue (NS1). Método Elisa con Equipo en Comodato. Sensibilidad Superior a 80%. Especificidad Superior a 80%.	Determinaciones			Res. N° 016-015/11	1.418	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	375	9691	REACTIVO PARA DENGUE IgG	Método Elisa de captura c/Equipo en Comodato. Sensibilidad Superior a 80% Especificidad Superior a 80%	Determinaciones			RCA N° 019-038/07	1.419	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	376	9692	REACTIVO PARA DENGUE IgM	Método Elisa de captura c/Equipo en Comodato. Sensibilidad Superior a 80% Especificidad Superior a 80%	Determinaciones			RCA N° 019-038/07	1.420	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	377	8060	REACTIVO PARA DETECTAR MICRO ROTURAS Y ROTURAS EN MEMBRANAS FETALES	KIT COMPLETO	DETERMINACIONES			Res.N° 072-003/05	1.421	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	378	8029	PKU Neonatal	Método Inmunoensayo enzimático fluorométrico (FEIA). kit de reactivos para equipo automatizado a comodato: placa de microtítulos, conjugado , diluyente conjugado, sustrato , diluyente para el sustrato, solución de parada, solución de lavado, calibradores, controles, cubiertas de plástico, ficha con valores para los controles y calibradores, cubetas de reactivos, ficha técnica en idioma español. los materiales y reactivos no provistos en el kit deben ser suministrados como equipos de soporte a comodato	DETERMINACIONES	CE- ISO 13485	Unidad	Res.N° 072-003/05 RCA N° 036-037-2022 Fecha 28 junio 2022	1.422	
AC Bq Cl/URG	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	379	9695	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE TROPONINA I	Kit completo, Método Cuantitativo	Determinaciones			Res. N° 067-004/06	1.423	
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	380	5649	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN RÁPIDA PARA DENGUE	Método Rápido Inmuno Cromatografía o Similar que permita la diferenciación de las fracciones IgG e IgM. Sensibilidad y especificidad mínima 85 %. Presentación: caja.	Determinaciones			Res. Nº 137-035/10. Res. Nº 070-016/11	1.424	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	381	9693	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS HTLV I/II	Para Equipo automatizado.Debe cumplir con todo los estándares internacionales exigidos para Unidades de Medicina Transfucional (Control Serológico antes de su utilización,propuesto por la Dirección del programa Nacional de Sangre para Control Serológico)	Determinaciones			Res. N° 067-004/06	1.425	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	382	4065	Reactivo para PROTEÍNA C	Método Automatizado: coagulación (Cromogénico) Para determinar PC funcional, con calibradores, controles, diluyente y/o reactivos necesarios de la misma marca. Cada kit se compone 1- Kit completo: Reactivo 1: extracto altamente purificado de veneno de Agkistrodon c. contortrix, Activador especifico de la Proteína C (liofilizado), Reactivo 2 Sustrato Cromogenico (liofilizado). Diluyente. Calibrador. Control N+P y/o reactivos necesarios, ó 2- Kit Completo : Activador de la Proteína C (liofilizado), Sustrato cromogénico (liofilizado), y diluyente (líquido). Plasma calibrador. Control normal y patológico y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KiT	Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.426	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	383	6751	Reactivo para PROTEÍNA S	Método Automatizado: Coagulación (Inmunoturbidimetrico) Para determinar Ps libre antigénica. con calibradores , controles, diluyente y/o reactivos necesarios de la misma marca. Cada kit se compone: 1-Kit Completo Test Protein S libre Reactivo 1: Tampon hepes. Reactivo 2: Suspensión de microparticulas de Látex recubiertas con dos tipos de anticuerpos de ratón anti Proteína S libre Humana. Diluyente. Control N+P., Calibrador y/o reactivos necesarios., ó. 2-Kit Completo Proteína S libre : Buffer C4BP Buffer (Liquido), R1 C4BP Látex (liofilizado), R2 Anti PS mAb látex (liofilizado) Calibrador. Control N+P, Test control y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KiT	Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.427	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	385	4574	REACTIVO SANGRE OCULTA (TEST DE GUAYACO)	Presentación:Tiras ó Sobres, con controles (+) y (-)	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.429	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	386	9399	REACTIVO SUDAN III	Líquido	cc				1.430	
Microbiología, Gastroenterología y Hepatología.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	387	10220	REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE.	Para detección de toxinas del gérmen causante de diarrea por antibióticos. Método de ELISA o similar.	Determinación			Res. 096-007/08	1.431	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	388	4074	REAGENT CALIBRATS PACK COD 473691 CIBA C.	Reactivo. Pack	Determinaciones				1.432	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	389	4072	REAGENT CALIBRATS PACK. EQ. ELECTROLITO 644	Reactivo	Determinaciones				1.433	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	390	9400	REATIVO / DETERMINACIÓN DE MAGNESIO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.434	
Laboratorio,	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	392	11469	Reactivo de Interleucina 6	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia)	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nª 092-010/2020 del 06/11/2020	1.436	
Laboratorio,	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	393	11470	Reactivo de Inmunoglobulina A para SARS-CoV-2	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia) SENSIBILIDAD: 100% ESPECIFICIDAD: 99,8%	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nª 092-010/2020 del 06/11/2020	1.437	
Laboratorio,	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	394	11471	Reactivo de Inmunoglobulina G para SARS-CoV-2	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia)SENSIBILIDAD: 97,5% ESPECIFICIDAD: 99,7%	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nª 092-010/2020 del 06/11/2020	1.438	
Laboratorio,	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	395	11472	Reactivo de Inmunoglobulina M para SARS-CoV-2	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia)SENSIBILIDAD: 99,3% ESPECIFICIDAD: 99,4%	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nª 092-010/2020 del 06/11/2020	1.439	
Laboratoriop de Microbiologia,	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	396	11473	Reactivo para PANEL RESPIRATORIO Sistema PCR multiplex	Metodo Automatizado: PCR multiplex anidada (nmPCR), Sistema cerrado, capacidad de mantener a temperatura ambiente los reactivos. Tiempo de respuesta máximo no más de una hora	Determinacion		Unidad	Resol. CA Nª 092-010/2020 del 06/11/2020	1.440	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	397	5998	SANGRE DE CARNERO	Líquido	cc				1.441	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	398	6953	SELENITO - CALDO	Frasco x 500 gr.-	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.442	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	399	5988	SEROLOGÍA P/ SHIGELLA FLEXNERI	Kit. Líquido	Determinaciones				1.443	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	400	4717	SEROLOGÍA E COLI ENTERO HEMORRÁGICO 0-157	Kit. Líquido	Determinaciones				1.444	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	401	4002	SEROLOGÍA P/ SHIGELLA SONNEI	Kit. Líquido	Determinaciones				1.445	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	402	6990	SEROLOGIA P/ SHIGUELLAS BOYDII	Kit. Líquido	Determinaciones				1.446	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	403	6991	SEROLOGÍA P/ SHIGUELLAS DISENTERIAE	Kit. Líquido	Determinaciones				1.447	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	404	4479	SEROLOGÍA P/ STREPTOCOCOS B-HEMOLITICOS	Kit. Líquido. Para 5 serologías.	Determinaciones			Res.071-010/06	1.448	
AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	405	6780	SEROLOGÍA P/ STREPTOCOCOS PNEUMONIAE	Kit. Líquido	Determinaciones				1.449	
AC	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	406	4417	SEROLOGÍA P/MENINGITIS	Kit. Líquido	Determinaciones			Res. N° 062-016/05	1.450	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	407	4758	SEROLOGÍA PARA ROTAVIRUS.	Latex o inmunocromatográfico. Presentación. Caja.	Determinación			RCA N° 071-010/06 RCA: Nº 020-019/12	1.451	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	408	4238	SEROLOGÍA PARA STAPHYLOCOCOS (LATEX)	Kit Líquido - Tiempo mínimo de lectura e interpretación 30 UG. Segundos.-	Determinaciones			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.452	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	409	4577	SEROLOGÍA PARA STREPTOCOCOS GRUPO A (LÁTEX)	Kit - Líquido .	Determinaciones			Res. N° 062-016/05	1.453	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	410	4578	SEROLOGÍA PARA STREPTOCOCOS GRUPO B (LÁTEX)	Kit - Líquido, Frasco gotero	Determinaciones			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.454	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	411	3999	SEROLOGÍA POLIVALENTE E.COLI ENTEROINVASORA A	Kit. Líquido	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.455	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	412	4000	SEROLOGÍA POLIVALENTE E.COLI ENTEROINVASORA B	Kit. Líquido	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.456	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	413	4001	SEROLOGÍA POLIVALENTE P/ SALMONELLA	Kit. Líquido	Determinaciones				1.457	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	414	10615	SUPLEMENTO DE MEDIO DE CULTIVO BASAL PARA CARIOTIPO DE LÍQUIDO AMNIÓTICO O VELLOSIDADES CORIALES	Líquido estéril. Contiene gentamicina. Frasco de 10 a 20 ml.	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.458	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	415	10619	SUERO FETAL BOVINO	Líquido estéril libre de micoplasma testado para virus, bacterias y endotoxinas. Conservación: -5 a - 20ºC. Frasco de 250 a 500 ml. Presentación: frasco.	C.C.			Res. Nº 090-003/10	1.459	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	416	4712	GALERIA DE IDENTIFICACION DE NEISSERIA Y HAEMOPHILUS	Kit con revelador. Galería con sustratos deshidratados y tabla de identificación. Tiempo máximo de identificación 3 horas.	Determinacion			Res. Nº 137-035/10	1.460	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	417	4711	GALERIA DE IDENTIFICACION P/ ENTEROBACTERIAS.	Kit con revelador. Galería con sustrato deshidratado y tabla de identificación.	Determinacion			Res. Nº 137-035/10	1.461	
Bco. de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	418	5757	GALERIA DE IDENTIFICACION DE ANAEROBIOS	Kit con revelador. Debe incluir bolsas y generadores p/ anaerobiosis. Galeria con sustrato deshidratado para la identificación de 50 gérmenes como mínimo y tabla de identificación.	Determinacion			Res.Nº 137-035/10	1.462	
Gastroenterología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	419	4707	GALERIA DE IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVO.	Kit con revelador. Galería con sustrato deshidratado para la identificación de 50 gérmenes como mínimo y tabla de identificación.	Determinacion			Res.Nº 137-035/10	1.463	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	420	4570	SOLUCIÓN DESPROTEINIZANTE ADAPTABLE A EQUIPO GASÓMETRO ESCHWEILER MODELO COMBI-LINE.	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 100 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.464	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	421	4146	SOLC. ELECTROLÍTICA BALANCEADA P/ EQ. COULTER	Líquido . Bidones	Litros				1.465	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	422	4601	SOLC. PH 6,84 P/ GASÓMETRO ESCHWEILER	Líquido . Frasco De 250 Cc	Frasco				1.466	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	423	4207	SOLC.DE REFERENCIA P/ ELECTROLITOS O GASÓMETRO ESCHWEILER COD: 4207	Líquido	Frasco				1.467	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	424	4583	SOLUC. DE LAVADO P/ ELECTROLITOS 2000-721 Adaptable a Equipo ESCHWEILER.	Líquido	Frasco			Res. N° 062-016/05	1.468	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	425	9401	SOLUCIÓN SATURADA DE ACIDO TRICLORO ACÉTICO	Líquido	cc				1.469	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	426	5917	SOLUCIÓN SATURADA DE SUBLIMADO CORROSIVO DE MERCURIO 5%	Líquido. En Frasco Oscuro	cc				1.470	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	427	4591	SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE ELECTRODOS P/ EQ. AVL	Líquido	Frasco				1.471	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	428	4600	SOLUCIÓN BUFFER Ph 7,383 ADAPTABLE A EQUIPO ESCHWEILER	Líquido	Frasco			Res. N° 062-016/05	1.472	
Laboratorio Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	429	4606	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN CAL 3	Para calibración de Equipos de Electrolitos de la Marca Eschweiler Modelo Combiline. Presentación: 330 ml.	Frasco			RCA N° 002-042/08	1.473	
Laboratorio Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	430	4607	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN CAL 4	Para calibración de Equipos de Electrolitos de la Marca Eschweiler Modelo Combiline. Presentación: 330 ml.	Frasco			RCA N° 002-042/08	1.474	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	431	4604	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN LIQ. A P/ EQ. ELECTROLITOS ESCHWEILER	Líquido . Frasco De 250 Cc	Frasco				1.475	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	432	4605	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN líquido B Adaptable a EQUIPO ELECTROLITOS ESCHWEILER	Líquido Frasco de 250 cc. EQUIPO ECO 200	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.476	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	433	10443	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN BGA 1	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: Bolsa x 130 ml como mínimo.	Unidad			Res. Nº 086-010/09	1.477	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	434	10444	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN BGA 2	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: Bolsa x 130 ml como mínimo.	Unidad			Res. Nº 086-010/09	1.478	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	435	9369	SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA SAINT THOMAS		Unidad				1.479	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	436	10442	SOLUCIÓN DE LAVADO WASH 1	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 330 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.480	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	437	5687	SOLUCIÓN DE LAVADO WASH 2	Líquido	Frasco				1.481	
Hospitales Area Interior	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	438	9931	SOLUCIÓN DE LAVADO INTENSIVO P/EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	Solución de Lavado adaptable a equipo de Electrolitos Marca AADEE CAT AADEE033. Presentación: frasco de 100 ml.	ml			RCA N° 027-077/07	1.482	
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	439	4602	SOLUCIÓN DE LAVADO P/ GASÓMETRO 2000-720. P/ E. ESCHWEILER	Líquido	Frasco				1.483	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	440	4586	SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ADAPTABLE A EQ. ELECTROLITO AVL	Líquido - Adaptable a Equipo electrolito AVL mod. 9130 UG. Frasco x 125 ml.-	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.484	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	441	9965	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA CALCIO (Ca++)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml.	Frasco			RCA N° 032-048/08	1.485	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	442	9967	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA CLORO (Cl -)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml.	Frasco			RCA N° 032-048/08	1.486	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	443	9969	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODO DE REFERENCIA	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 50 ml.	Frasco			RCA N° 032-048/08	1.487	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	444	9963	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA POTASIO (K +)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml.	Frasco			RCA N° 032-048/08	1.488	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	445	9971	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA SODIO (Na +)	Para Equipo Analizador de Electrolito Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml.	Frasco			RCA N° 032-048/08	1.489	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	446	10445	SOLUCIÓN DE LLENADO P/ PO2	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 20 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.490	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	447	10446	SOLUCIÓN DE LLENADO P/ PCO2	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 20 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.491	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	448	10447	SOLUCIÓN DE LLENADO P / REFERENCIA	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 50 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.492	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	449	10448	SOLUCIÓN CLEANER PARA ELECTRODO	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 50 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.493	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	450	10450	SOLUCIÓN ACTIVADORA P/ ELECTRODO DE Ph	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: frasco x 20 ml como mínimo.	Frasco			Res. Nº 086-010/09	1.494	
CLINICA NANAWA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	451	10451	MEMBRANA P/ ELECTRODO PO2	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: Unidad	Unidad			Res. Nº 086-010/09	1.495	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	452	10452	MEMBRANA P/ ELECTRODO PCO2	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: Unidad	Unidad			Res. Nº 086-010/09	1.496	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	453	10453	MEMBRANA P/ ELECTRODO DE REFERENCIA	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line. Presentación: Unidad	Unidad			Res. Nº 086-010/09	1.497	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	454	4585	SORBENTE FTA-ABS PARA SÍFILIS	Liofilizado o listo para su uso. Presentación. Frasco.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.498	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	455	4035	STREPTOLISINA 0 REACTIVA	Látex - Líquido. Método rápido de aglutinación en placas, lectura rápida de 1 a 2 min.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.499	
AC Bq Cl/URG	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	456	4735	SUERO ANTI " c "	Frasco gotero	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.500	
AC: Bq Cl-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	457	4720	SUERO ANTI "A" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.501	
AC UTI-Urg	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	458	4721	SUERO ANTI " AB" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.502	
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	459	4722	SUERO ANTI " B " PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.503	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	460	4718	SUERO ANTI "D" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.504	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	461	4714	SUERO ANTI "E" (ANTI RH) P/ TIPIFICACIÓN DE SANGRE.	Líquido	Frascos				1.505	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	462	4719	SUERO ANTI "e" PARA TIPIFICACION DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.506	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	463	4715	SUERO ANTI HUMANO (SUERO DE COOMBS)	Líquido	Frascos				1.507	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	464	4716	SUERO ANTI RH ANTI "C" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.508	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio U.T.I.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	465	4595	TEOFILINA REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR. EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.509	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	466	4283	TEST DE EMBARAZO EN ORINA Y SANGRE HCG CUALITATIVO	Método Inmuno cromatográfico. Presentación: en cassette individual con desecante.	Determinaciones			Res.N° 010 - 004/10	1.510	
Servicio de Endoscopía digestiva.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	467	4509	TEST DE LA UREASA P/ HELICOBACTER PYLORY	Placa de Gel con Urea	Determinaciones			Res. 049-029/05	1.511	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	468	10487	TEST RÁPIDO PARA HIV I - II	Test rápido cualitativo para detección de anticuerpos para virus HIV I -II por método cromatográfico u otro similar en suero, plasma o sangre total, con control interno que permitan obtener resultados confiables y de fácil interpretación. Sensibilidad mínima a 98% y especificidad mínima a 98%.	Determinaciones			Res. Nº 121-030/09	1.512	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	469	9402	TIEMPO DE TROMBINA	Liofilizado	Determinaciones				1.513	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	470	4609	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA APTT (PTT)	Liofilizado	Determinaciones				1.514	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	471	4303	TIRAS REACTIVAS P/ GLUCOSA EN SANGRE	Frasco x 50 - 100 tiras con desecante. Rango inferior de lectura entre 9 a 20 mg/dl. Rango superior de 800 a 995 mg/dl.	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.515	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	472	9773	TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL	Frasco x 25 a 50 determinaciones. Debe ser adaptable a glucómetros en existencia en distintos servicios del H.C. Rango de detección mínimo de 0 a 10 mg/ml y máximo de 600 a 800 mg.	Unidad			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 093-025/10	1.516	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	473	10631	TIRAS DIAGNOSTICAS PARA LEISHMANIASIS VISCERAL.	Método Inmunocromatográfico para detección de Leishmaniasis Visceral RK-39.	Determinaciones			Res. Nº 001-015/11	1.517	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	474	4617	TORNASOL AZUL LIBRE	Tiras o rollos	Determinaciones				1.518	
Serv. Urgencias y RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	475	4618	TORNASOL ROJO LIBRE	Tiras o rollos	Determinaciones				1.519	
ANESTESIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	476	4622	TRIGLICÉRIDOS ENZIMÁTICOS MÉTODO MANUAL	Líquido. Adquirir presentaciones hasta 500 det.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.520	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	477	4621	TRIGLICÉRIDOS GPO P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.521	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	478	4092	TRIPACK CONTROL 4C. PARA CONTROL DE CALIDAD	Líquido	cc				1.522	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	479	10620	TRIPSINA (PANCREAS PORCINO)	Polvo liofilizado. Concentración: 1:250. Frasco de 50 a 100 gramos. Presentación: frasco.	Gramo			Res. Nº 090-003/10	1.523	
Laboratorio de Perinatología del Hospital Central.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	480	10623	TUBO CONICO ESTERIL CON TAPA ROSCA DE 15 ML	Tubo cónico de polipropileno de alta transparencia con tapa rosca, estéril. Presentación: Bolsas o cajas.	Unidad			Res. Nº 090-003/10	1.524	
Banco de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	481	4652	UREA P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.525	
Perinatología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	482	4651	UREA C/ UREASA ENZIMÁTICA. MÉTODO MANUAL COLORIMÉTRICO	Líquido. Adquirir presentaciones hasta 500 det.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.526	
Laboratorio U.T.I.	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	483	4658	VANCOMICINA REACTIVO. DEBE VENIR C/CONTROL Y CALIBRADOR P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.527	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	484	10729	Reactivo para determinación de Anti-Ro/SS-A	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.528	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	485	10730	Reactivo para determinación de Anti-La/SS-B	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.529	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	486	10731	Reactivo para determinación de Anti-RNP	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.530	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	487	10732	Reactivo para determinación de Anti-proteinasa 3 (PR3) o C-ANCA	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.531	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	488	10733	Reactivo para determinación de Anti-mieloperoxidasa (MPO) o P-ANCA	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.532	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	489	10734	Reactivo para determinación de Anti-Sm	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.533	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	490	10735	Reactivo para determinación de Anti-Centrómeros (ACA)	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.534	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	491	10736	Reactivo para determinación de Anti-Scl-70	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.535	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	492	10737	Reactivo para determinación de Anti-péptidos citrulinados cíclicos (CCP) Ig A	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.536	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	493	10738	Reactivo para determinación de Anti-péptidos citrulinados cíclicos (CCP) Ig G	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.537	
Reumatologia	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	494	10739	Reactivo para determinación de Anti-péptidos citrulinados cíclicos (CCP) Ig M	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.538	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	495	10765	Reactivo para FACTOR VII	Metodología Automatizada: Coagulación Reactivos liofilizados deficiente en Factor VII, con calibradores, controles, buffer y reactivo de TP, y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1 % (Sensibilidad). Cada kit se compone: Por método de coagulación: 1- Kit Completo. Plasma humano deficiente en factor VII (Liofilizado), Reactivo para dosar TP y su diluyente, diluyente, Calibrador, Control N+P y/o reactivos necesarios, ó. 2- Kit Completo. Plasma humano deficiente en factor VII (liofilizado), Diluyente de Factor (liquido) , Reactivo de TP (Liofilizado)con diluyente , Plasma Calibrador, Control Normal y Patológico y /o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.539	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	496	10766	Reactivo para ANTICUERPO BETA 2 GLICOPROTEINA I (Anti B2GP)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (técnicas automatizadas) . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples) y/o reactivos necesarios. Cada kit se compone: 1: Kit Completo : anti-ß2GPI IgG/IgM Cartuchos que contienen 1 vial de una suspensión de partículas magnéticas recubiertas con ß2GPI humana purificada, 1 vial de tampón del ensayo, 1 vial de trazador formado por un anticuerpo anti-IgG/IgM humana marcado con isoluminol, y 1 vial de diluyente de muestra que se utiliza para la predilución regular de la muestra y para la dilución automática en la función "rerun". Los reactivos están en una solución tampón fosfato o borato que contiene albúmina de suero bovino, ß2GPI humana, IgG/IgM monoclonal de ratón, estabilizadores yconservante. Calibradores 1 y 2 IgG/IgM y Controles IgG/IgM y/o reactivos necesarios, ó. 2- Kit Completo Tampón de muestra, Tampón de lavado, Conjugado IgG e IgM , Wash, sustrato TMB ,solución Stop, Calibradores IgG/IgM, controles positivos y negativos IgG/IgM , micropocillos recubierto de antigeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.540	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	497	10767	Reactivo para HOMOCISTEINA (Hcy)	Método: ELISA o Método automatizado como microparticulas magnéticas, microesfericas ,Inmunoturbidimetria, Quimioluminiscencia o sistemas múltiples, con controles, calibradores y/o reactivos necesarios. Sensibilidad mínima de 95% y Especificidad mínima de 95%.. Cada kit se compone 1 : Kit Completo.(Turbidimetría) a- Sah reactivo latex liofilizado, Reductante liq, Enzima liq ,Conjugado liq, Buffer liq , Calibrador liq. Control Nivel 1 y 2 liofilizado y/o reactivos necesarios, ó. 2 :Kit Completo (Elisa) React A / Buf Tampón de Ensayo Tampón de Fosfato, ácido sódico liq,React B / Adeno DTT Adenosina/DTT Adenosina / ditiotreitol, ácido cítrico liq, React C / Sah Hydrol Sah-hidrolasa S-adenosil-L-homocisteín hidrolasa recombinante, tris-bufer, glicerol, metilparab liq, React D / Enz Inh Inhibidor de la Enzima Mertiolate, tampón de fosfato liq. React Eadeno Deam Adenosina deaminasa Adenosina deaminasa, tampón de fosfato, ácido sódico, BSA, tinte rojo de fenol liq. React F / Ab Anticuerpo a- SAH Anticuerpo monoclonal anti-S-adenosil-Lhomocisteína de ratón, BSA, mertiolate liq. React G / Enz Conj Conjugado enzimático Enzima de anticuerpos conjugados de conejo anti- ratón, Bsa, peroxidasa de rábano, tinte azulliq. React H / Sub NMP Solución de Substrato N-metil-2 pirrolidona, propilenglicol liq. React S / Stop Solun Solución de Suspensión 0,8 M de Ácido Sulfúrico liq. Wash Soln 10x Tampón de Lavado Tampón de Fosfato, mertiolate, Tween 20, BS liq. CAL 1 – 6 Calibradores S-adenosil-L-homocisteína (2, 4, 8, 15, 30,50 µmol/L) en tampón con conservante liq., Sorb mt Tiras Microtiter Recubiertos con S-adenosil-L-homocisteína 12 x 8 well, Controles L.M.H. y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.541	
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	498	10768	Reactivo para ANTIGENO DE VON WILLEBRAND (FvW: Ag)	Metodología automatizada: Quimioluminiscencia o Inmunoturbidimetria (coagulación). Reactivos con calibradores, controles y/reactivos requeridos. Cada kit se compone: Método Quimioluminiscencia: Kit Completo : Cartuchos de VWF:Ag test (liquido), VWF:Ag calibrador 1 (liquido), VWF: Ag calibrador 2 (liofilizado), VWF : Ag Calibrador 2 Código de Barras (tubos) , Control Normal y Patológico y/o reactivos necesarios, ó. Método Inmunoturbidimetria: 1: Kit Completo .R1: tampón de glicina (liq) R2: microparticulas de látex (suspensión) recubiertas con anticuerpos de conejo anti-VWF y estabilizadas (con albúmina bovina) R3: solución contiene glicina para la dilución del reactivo de látex (R2), Diluyente , VWF:Ag Calibrador, Controles normal y anormal y / o reactivos necesarios, ó. 2: Kit Completo. Reactivo látex (suspensión), buffer (liquido),control normal y patológico, Calibrador, Diluyente de Factores y/o reactivo necesario. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.542	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Dpto. Lab. Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	499	10769	Reactivo para ACTIVIDAD DE VON WILLEBRAND (FvW: Act)	Metodología automatizada: Quimioluminiscencia o Inmunoturbidimetría (coagulación). Reactivos con calibradores, controles y/reactivos requeridos. Cada kit se compone. Quimioluminiscencia: Kit Completo VWF: RCo: VWF: RCo cartuchos para las pruebas (liquido), VWF : RCo calibrador 1 (liquido) , VWF:RCo calibrador 2 (liofilizado) VWF : RCo Calibrador 2, tubo con codigo de barras, control VWF Bajo (liofilizado), control VWF normal (liofilizado),control VWF Bajo tubos con codigo de barra, control VWF normal, y tubos con codigo de barra (quimioluminiscencia) y/o reactivos necesarios; ó Coagulación: 1-A) Kit Completo Reactivo Látex : viales suspensión liofilizada de partículas de látex de poliestireno a las que se les ha unido un anticuerpo monoclonal de ratón purificado, específico contra un epítopo funcional del FVW. Contiene albúmina de suero bovino, estabilizante y conservante. Buffer : viales tampón que contiene albúmina de suero bovino, estabilizantes y conservante, diluyente (liquido), Calibrador, Control normal y patológico , Diluyente de factores y/o reactivos, necesarios, ó 1-B) Kit Completo Látex Reagent, Ristocetina, Buffer, Diluyente, Calibrador, Controles Nivel 1 y 2, y/o reactivos necesarios, ó 2- Kit Completo Coagulación: R1 plaquetas humanas liofilizadas (VWF:RCo Plaquetas). R2 solución salina tamponada lista para usar (VWF:RCo Buffer). R3 ristocetina liofilizada (VWF:RCo Ristocetina. R4 plasma humano liofilizado que contiene tras su reconstitución una actividad conocida de VWF (VWF:RCo Calibrador). R5 plasma humano liofilizado que contiene tras su reconstitución una actividad conocida de VWF (VWF:RCo Control-1), R6 plasma humano liofilizado que contiene tras su reconstitución una actividad conocida de VWF (VWF:RCo , Control 2), Diluyente y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KIT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.543	
Laboratorio Analisis Clinico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	500	11354	Kit de PCR en tiempo real para deteccion de SARS-Co V-2(COVID-19)	Reaccion en Cadena de la Polimerasa - PCR en tiempo real	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.544	
Laboratorio Analisis Clinico	3 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10401	501	11537	PANEL DE ARBOVIROSIS (DETECCIÓN DE VIRUS DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA Y OTROS POR PCR EN TIEMPO REAL)	Reactivo para detección de Dengue Virus (DENV), Zika Virus (ZIKV) y Chikungunya Virus (CHIKV) y otros virus por RT-PCR (Método PCR tiempo real), en formato abierto (incluyendo equipo de extracción y termociclador) o cerrado (Kit automatizado), equipos a comodato y todos los insumos necesarios para cada determinación: Tubos, placas, gradillas y puntas para pipetas automáticas libres de RNAasa con filtros, en cantidad suficiente para todas las determinaciones. Incluye control interno. Debe estar conectado al software de gestión de laboratorio. Cada kit cuenta con los siguientes reactivos: 1- Master mix o mezcla maestra 2- Primers y sondas especificas del gen a detectar 3- Control interno 4- Controles positivos y negativos	Determinación	ISO 9001:2015, 13485:2016	Kit	RCA 071-018/2023 FECHA 24/10/2023	1.545	
Laboratorio Analisis Clinico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	502	11355	Procalcitonina	Quimioluminiscencia	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.546	
Laboratorio Analisis Clinico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	503	11356	Pro-BNP	Quimioluminiscencia	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.547	
Laboratorio Analisis Clinico	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	504	11357	Acido Lactico	Enzimatico	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.548	
Unidad de Medicina Transfusional	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	505	11371	Reactivos para Medir Hemostasia General con determinacion de exceso de heparina o protamina	Reactivos de uso unico para determinacion por medio de test viscoelastico de todos los factores de la hemostasia intervinientes en la via intrinseca, via extrinseca fibrinogeno en situaciones de hemorragia aguda, trastornos causados por exceso de heparina o de protamina	Determinacion			RCA:N°020-024/2020 FECHA 17/03/2020	1.549	
Unidad de Medicina Transfusional	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	506	11375	Reactivos para Medir Hemostasia General con inibidores de fibrolisis	Reactivos de uso unico para determinacion por medio de test viscoelastico de todos los factores de la hemostasia intervinientes en la via intrinseca, via extrinseca, fibrinogeno en situaciones de hemorragia aguda e inibidores de la fibrinolisis.	Determinacion			RCA:N°020-024/2020 FECHA 17/03/2020	1.550	
Unidad de Medicina Transfusional	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	507	11328	Test de Ampliacion de Acidos Nucleicos	Pruebas para determinacion en muestras individuales por test de acidos nucleicos para el tamizaje de los virus HIV 1/2, Hepatitis B y C en sangre	Determinacion			RCA:N°060-032/19 DE FECHA 19/11/2019	1.551	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	508	11386	Anticuerpo Anti CD19 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.552	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	509	11387	Anticuerpo Anti CD 20 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.553	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	510	11388	Anticuerpo Anti CD21 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.554	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	511	11389	Anticuerpo Anti CD22 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.555	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	512	11390	Anticuerpo Anti CD23 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.556	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	513	11391	Anticuerpo Anti CD3 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.557	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	514	11392	Anticuerpo Anti CD5 marcado con APC para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.558	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	515	11393	Anticuerpo Anti CD7 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.559	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	516	11394	Anticuerpo Anti CD8 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.560	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	517	11395	Anticuerpo Anti CD4 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.561	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	518	11396	Anticuerpo Anti CD2 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.562	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	519	11397	Anticuerpo Anti CD1a marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.563	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	520	11398	Anticuerpo Anti CD10 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.564	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	521	11399	Anticuerpo Anti KAPPA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.565	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	522	11400	Anticuerpo Anti LAMBDA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.566	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	523	11401	Anticuerpo Anti CD56 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.567	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	524	11402	Anticuerpo Anti CD57 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.568	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	525	11403	Anticuerpo Anti CD103 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.569	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	526	11404	Anticuerpo Anti CD81 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.570	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	527	11405	Anticuerpo Anti CD49d marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.571	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	528	11406	Anticuerpo AntiMPO marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.572	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	529	11407	Anticuerpo Anti CD36 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.573	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	530	11408	Anticuerpo Anti CD38 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.574	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	531	11409	Anticuerpo Anti CD61 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.575	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	532	11410	Anticuerpo Anti FLAER o equivalente marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.576	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	533	11411	Anticuerpo Anti DR o Anti HLA-DR marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.577	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	534	11412	Anticuerpo Anti CD16 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.578	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	535	11413	Anticuerpo Anti IgD marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.579	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	536	11414	Anticuerpo Anti HLA-B27 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.580	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	537	11415	Anticuerpo Anti ROR1 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.581	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	538	11416	Anticuerpo Anti CD200 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.582	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	539	11417	Anticuerpo Anti ZAP70 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.583	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	540	11418	Anticuerpo Anti CD26 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.584	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	541	11419	Anticuerpo Anti CD279 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.585	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	542	11420	Anticuerpo Anti CD161 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.586	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	543	11421	Anticuerpo Anti CD27 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.587	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	544	11422	Anticuerpo Anti CD13 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.588	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	545	11423	Anticuerpo Anti TDT marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.589	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	546	11424	Anticuerpo Anti CD71 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.590	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	547	11425	Anticuerpo Anti CD66c marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.591	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	548	11426	Anticuerpo Anti TCR GAMMA DELTA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.592	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	549	11427	Anticuerpo Anti TCR ALFA BETA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.593	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	550	11428	Anticuerpo Anti CD157 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.594	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	551	11429	Anticuerpo Anti CD79a marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.595	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	552	11430	Anticuerpo Anti CD79b marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.596	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	553	11431	Anticuerpo Anti CD64 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.597	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	554	11432	Anticuerpo Anti CD117 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.598	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	555	11433	Anticuerpo Anti CD24 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.599	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	556	11434	Anticuerpo Anti CD25 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.600	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	557	11435	Anticuerpo Anti CD28 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.601	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	558	11436	Anticuerpo Anti CD11b marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.602	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	559	11437	Anticuerpo Anti CD11c marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.603	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	560	11438	Anticuerpo Anti CD14 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.604	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	561	11439	Anticuerpo Anti CD123 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.605	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	562	11440	Anticuerpo Anti CD30 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.606	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	563	11441	Anticuerpo Anti CD94 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.607	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	564	11442	Anticuerpo Anti CD138 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.608	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	565	11443	Anticuerpo Anti CD33 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.609	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	566	11444	Anticuerpo Anti CD99 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.610	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	567	11445	Anticuerpo Anti CD34 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.611	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	568	11446	Anticuerpo Anti CD43 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.612	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	569	11447	Anticuerpo Anti CD44 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.613	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	570	11448	Anticuerpo Anti CD235a marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.614	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	571	11449	Anticuerpo Anti FMC7 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.615	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	572	11450	Anticuerpo Anti IgM marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.616	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	573	11451	Anticuerpo Anti CD15 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.617	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	574	11452	Anticuerpo Anti CD9 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.618	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	575	11453	Anticuerpo Anti BCL2 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.619	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	576	11454	Anticuerpo Anti CD45 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.620	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	577	11455	Marcador Anti 7 AAD para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.621	
Laboratorio de Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	578	11517	Reactivo para la detección simultanea de antígenos de SARS-CoV-2 / influenza A /influenza B y otros virus respiratorios	Método: Inmunocromatografia (test rápido). Kit completo con: Dispositivos de prueba (en casette o tiras) con desecante, Solución tampón (que inactiva el virus), tubos de extracción, tapas para los tubos de extracción, control positivo, control negativo, hisopos nasofaríngeos esterilizados para la recolección de muestras virales con mango flexibles, soporte de tubos. Entre otros incluye a Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus, Parainfluenza 1,2, 3, (Lista enunciativa, no limitativa). Certificado de Calidad ISO o CE o FDA	Determinacion		kit	RCA Nº 102-063/2021 DE FECHA 09-12-2021 RCA Nº 001-030/2022 de fecha 6 de enero 2022	1.622	
Departamento Laboratorio de Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	579	11524	Reactivo Factores Reumatoideos (FR) cuantitativo	METODOLOGIA:Inmunoturbidimetria u otro método para equipo automatizado a comodato, para la determinación cuantitativa de factores reumatoides (FR) en Muestra: suero o plasma humano.Kit completo con: Reactivos provistos; Diluyente, Partículas de látex cubiertas factores reumatoides, calibrador, compatibles con el equipo automatizado a comodato. Los insumos y consumibles no provistos en el kit así como los controles deben incluir como soporte a comodato	Determinacion	CE- ISO 13485	Unidad	RCA Nº 021-034/2022 Fecha de 05 de abril de 2022	1.623	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Departamento Laboratorio de Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	580	11525	Reactivo Anti-estreptolisina O (ASO) cuantitativo	METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria u otro método para equipo automatizado a comodato, para la determinación cuantitativa de anticuerpos anti-estreptolisina O (ASO). Muestra: suero humano. Kit completo con: Reactivos provistos Diluyente, Partículas de látex cubiertas con SLO (Streptolisina O), calibrador, compatibles con el equipo automatizado a comodato. Los insumos y consumibles no provistos en el kit así como los controles deben incluir como soporte a comodato.	Determinación	CE- ISO 13485	Unidad	RCA Nº 021-034/2022 Fecha de 05 de abril de 2022	1.624	
Departamento Laboratorio de Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	581	11526	Reactivo Proteina C reactiva (PCR) cuantitativo.	METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria u otro método para equipo automatizado a comodato, para la determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva (PCR) en suero o plasma humano. Kit completo con: Reactivos provistos Diluyente, Partículas de látex cubiertas Proteína C Reactiva, calibrador, para equipo automatizado a comodato. Los insumos y consumibles no provistos en el kit así como los controles deben incluir como soporte a comodato.	Determinación	CE- ISO 13485	Unidad	RCA Nº 021-034/2022 Fecha de 05 de abril de 2022	1.625	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	582	11536	KIT PARA ELUCION ACIDA A BASE DE GLICINA	Reactivo para técnicas manuales, apto para la elución ácida rápida sin destruir los hematies permitiendo identificar los anticuerpos que recubren a los mismos y diferenciar múltiples especificidades. Incluye todas las soluciones y compuestos químicos en el volumen necesario para las determinaciones del kit. Componentes del kit: Solución de lavado, solución eluyente (tampón de glicina de pH bajo) y solución tampón (solución de TRIS-hidroximetil-aminometano que contiene 6% de albúmina bovina)	Unidad	FDA: N° CT: 7RWR-SJ56	Kit	RCA N° 011-041/2023 Fecha de 22 de febrero de 2023	1.626	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	1	3948	ABACO DE LECTURA P/ MICROHEMATOCRITO	Escala De Lectura De Microhematocrito	Unidad				1.627	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	2	10196	ADHESIVOS PARA COMPRIMIR SITIO DE PUNCIÓN	P/comprimir sitio de punción posterior a la extracción de sangre.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.628	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	3	4014	ANSA CALIBRADA DE PLATINO o NIQUEL CROMO	Capacidad 5 Ul. Presentación. Unidad.	Unidad			RCA: Nº 020-019/12	1.629	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	4	4015	ANSA DE PUNTA RECTA	Acero Inoxidable	Unidad				1.630	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	5	10298	BOLSA TÉRMICA PARA PRODUCTOS TERMOLÁBILES 20 X 28 CM.	Para transporte de componentes sanguíneos y fármacos, conservando la cadena de frío. Medida: 20 X 28 cm.	Unidad			Res. Nº 037-011/09	1.631	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	6	10299	BOLSA TÉRMICA PARA PRODUCTOS TERMOLÁBILES 95 X 75 CM.	Para transporte de componentes sanguíneos y fármacos, conservando la cadena de frío. Medida: 95 X 75 cm.	Unidad			Res. Nº 037-011/09	1.632	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	7	10194	CAJA PARA LÁMINAS DE VIDRIO PORTA OBJETO	Poliestireno con tapa, capacidad de 25 a 100 láminas (76 mm x 26 mm) con soporte p/archivo y transporte de lámina.-	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.633	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	8	4089	CEPILLO P/ LIMPIAR TUBO DE HEMÓLISIS.	Con cerdas en las puntas	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.634	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	9	4090	CEPILLO PARA TUBO DE ENSAYO.	Con cerdas en las puntas	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.635	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	10	4138	CONTADORES MANUALES P/ FÓRMULA LEUCOCITARIA	Electrico, adaptable a 220V. Con alarma que permita el contaje manual de la fórmula leucocitaria. Presentación. Unidad.	Unidad			RCA: Nº 020-019/12	1.636	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	11	4139	CRONÓMETRO P/ LABORATORIO	Digital con funciones para activar, pausar, cerrar el tiempo en segundos y centésimas.	Unidad			Res.Nº 010-004/10	1.637	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	12	10197	BANDEJA OCUBETA PARA COLORACIÓN DE LÁMINAS	Bandeja o cubeta de material lavable de dimensión (largo de 35 a 70 cm y ancho 25 a 50 cm) con parrilla de tinción de capacidad mínima 24 porta objetos 76 x 26 mm. Presentación. Unidad.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.638	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	13	10192	ELECTRODO PARA EQUIPO PH METRO. ADAPTABLE A EQUIPO METTLER TOLEDO MODELO INLAB EXPORT PRO	Rango de PH 0 - 14 rango de temperatura 0 - 100° Tiempo de respuesta < 20 seg.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.639	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	14	3881	FRASCOS ESTÉRILES P/ RECOLECCIÓN DE ORINA	Pvc Con Tapa Hermética De 80 A 100 Cc, De Capacidad	Unidad				1.640	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	15	10297	FRASCO DISPENSADOR	Color ámbar, capacidad 500 cc. Con dispensador graduado hasta 10 ml.	Unidad			Res. Nº 037-011/09	1.641	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	16	8063	GOMA DE LIGAR PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE	GOMA	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	1.642	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	17	4276	GRADILLA ALAMBRE PLASTIF. Y/ O ACERO INOX	P/ 24 Tubos De Hemólisis como mínimo.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.643	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	18	4280	GRADILLA PARA 30 a 50 TUBOS DE KHAN	De Acero Inoxidable y/o Plástico resistente	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.644	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	19	4281	GRADILLA DE ALAMBRE PLASTIFICADO Y/O ACERO INOX.	P/ 24 (+ - 3). Tubos	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.645	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	20	8033	GRADILLA DE ESPUMA	Capacidad para 100(+-20) tubos. Presentación. Unidad.	UNIDAD			Res.N° 072-003/05 RCA: Nº 020-019/12	1.646	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	21	4279	GRADILLA P/ 36 (+-6)TUBOS DE ENSAYO	Acero inoxidable o plástico resistente.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.647	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	22	4278	GRADILLA P/24 (+-3) TUBOS HEMÒLISIS	Acero inoxidable o plástico resistente.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.648	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	23	10199	GRADILLA PARA PIPETAS	Material polipropileno, aluminio o similar. Capacidad de 30 a 100 Pipetas.- Presentación. Unidad	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.649	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	24	10184	GRADILLAS P/MICROTUBOS	Autoclavables de polipropileno. Capacidad 100 (+-10) microtubos.-Presentación. Unidad	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.650	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	25	10628	HEMOCULTIVO ADULTO MANUAL	Con inhibidor, líquido. Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.651	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	26	10629	HEMOCULTIVO NEONATO MANUAL	Con inhibidor, líquido. Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.652	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	27	10630	HEMOCULTIVO PEDIATRICO MANUAL	Con inhibidor, líquido. Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.653	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	28	4358	HIISÓPOS P/COLECTA DE MATERIAL BACTERIOLÓGICO	De madera(13 a 17 cm de longitud) con punta de algodón. Conservación a temperatura ambiente. No requiere ser estéril. Presentación: bolsas o cajas.	Unidad			Res.Nº 137-035/10. Res. Nº 070-016/11	1.654	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	29	4357	HISÓPOS ESTÉRILES C/ STUART P/COLECTA DE MAT. BACTERIOLÓGICO	De Algodón. Conservación a temperatura ambiente.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.655	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	30	10198	LAVADOR DE EMERGENCIAS PARA OJOS	Frascos de polietileno de baja densidad, con placa perforada para difundir la solución de lavado sin violencia. Tubo direccional p/eliminar el líquido usado. Válvula de llenado	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.656	
Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	31	10190	MICRO TUBOS A ROSCA	De propileno autoclavables. Uso en temperatura extremas desde -190°C Base plana o concava. Vol. 1,5 a 3 ml. Presentación. Unidad.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.657	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	32	10188	MICROCONTENEDORES PARA TOMA DE MUESTRAS CON ANTICOAGULANTE DE 1 a 1,30 cc. (Pediátrico)	De Polipropileno con tapa de goma. Estériles desechables con anticoagulante de Citrato de Sodio al 3,8%.	Unidad			Res. N° 053-026/08 y Res. Nº 137-035/10	1.658	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	33	10187	MICROCONTENEDORES PARA TOMA DE MUESTRAS CON ANTICOAGULANTE DE 2 a 3 cc. (Adulto)	Estériles desechables con anticoagulante de Citrato de Sodio al 3,8% de Polipropileno con tapa.	Unidad			Res. N° 053-026/08. Res. Nº 070-016/11	1.659	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	34	10627	MICROCONTENEDORES PARA TOMA DE MUESTRAS CON ANTICOAGULANTE DE 1 A 1,30 cc. (Pediátrico)	De polipropileno con tapa de goma . Estériles desechables con anticoagulante EDTA.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.660	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	35	4436	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 100 UL		Unidad				1.661	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	36	4437	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 200 ULL		Unidad				1.662	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	37	10186	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 5 MICROLITROS	Volúmen fijo con eyector de tips	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.663	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	38	4435	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 50 UL		Unidad				1.664	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	39	10303	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 5 - 50 UL.	Automática, graduable.	Unidad			Res. Nº 057-004/09	1.665	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	40	4433	MICROPIPETA DE 10 UL		Unidad				1.666	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	41	4441	MICROPIPETA DE 2 UL	Automática	Unidad				1.667	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	42	4503	MICROPIPETA DE 200 A 1000 UL	Automática, graduable.	Unidad				1.668	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	43	4502	MICROPIPETA DE 30 (+ - 10) 200 UL AUTOMÁTICA	Volumen graduable desde 30 UL (+ - 10) hasta 200 UL.	Unidad			Res. Nº 010-004/10	1.669	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	44	4434	MICROPIPETAS DE 20 UL		Unidad				1.670	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	45	8032	PAPEL DE FILTRO TIPO SS903 PARA RIA	Adquirir en Resmas de 100 a 200 hojas de 50 x 50 cm. mínimo.-	UNIDAD			RCA N° 071-010/06	1.671	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	46	10191	PAPEL PARA FILM	Para Sellado de Tubos	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.672	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	47	10193	PERFORADORA DE PAPEL (SACABOCADOS) PARA FENIL CETONURIA	De acero inoxidable	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.673	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	48	4513	PIPETAS DE PASTEUR	De Plástico, Resistente A Solventes	Unidad				1.674	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	49	4512	PIZETA PLÁSTICA DE 500 ML	Plástico	Unidad				1.675	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	50	4881	PLACA DE PETRI DESCARTABLE ESTÉRIL 90 X 14 (+ - 1) MM	Descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 109-036/10	1.676	
Laboratorio Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	51	4471	PORTA ANSAS	Acero inoxidable.	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.677	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	52	10195	POSA BRAZOS (APOYA BRAZOS)	Para extracción de sangre regulable con sistema de fijación de altura.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.678	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	53	8064	PROPIPETA (GOMA DE ASPIRACIÓN DE PIPETAS)	PERA DE GOMA PARA ASPIRACIÓN DE PIPETAS	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	1.679	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	54	4518	PUNTERAS AMARILLAS DESECHABLES	Universales, P/ Micropipetas Automáticas De 20/100ul. En bolsas x 100 unidades	Unidad			RCA N° 071-009/06	1.680	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	55	4519	PUNTERAS AZULES DESECHABLES	Universales P/ Micropipetas Autom. De 200/1000 Ul.	Unidad			Res.Nº 010-004/10	1.681	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	56	4517	PUNTERAS BLANCAS DESECHABLES	Universales P/ Micropipetas Autm. De 20/200 Ul.	Unidad			Res.Nº 010-004/10	1.682	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	57	4572	RELOJ TIMER	Temporizador digital con batería incluída que especifique hora, minutos y segundos.	Unidad			Res. Nº 010-004/10	1.683	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	58	4594	TERMÓMETRO P/ BAÑO MARÍA	Termómetro De 0 A 100 °C, De Mercurio	Unidad				1.684	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	59	10182	TERMÓMETRO PARA FREZER-BASE ALCOHOL	De 5° a -40°C	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.685	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	60	10183	TERMÓMETRO PARA HELADERAS-ESTUFAS BASE ALCOHOL	De 0° a 100°C	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.686	
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	61	10189	TUBOS C/ANTICOAGULANTE EDTA	Transparente, Fondo redondo con anticoagulante pulverizado tapados, Tubo de 13 (+ - 2) x 75 (+ - 2)mm.	Unidad			Res. N° 109-036/10	1.687	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	62	4633	TUBOS CAPILARES P/ MICROHEMATOCRITO C/ HEPARINA.	Vidrio Resistente A Centrifugación	Unidad				1.688	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	1	7440	ABRE BOCA DE DAVIS -MEYER		Unidad				1.689	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	63	4632	TUBOS CAPILARES P/ MICROHEMATOCRITO S/ HEPARINA.	Vidrio Resistente a Centrifugación	Unidad				1.690	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	2	7374	ABRE BOCA DE MC IVOR		Unidad				1.691	
Insumo Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	64	8031	TUBOS DE POLIPROPILENO PARA RIA		UNIDAD			Res.N° 072-003/05	1.692	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	3	6941-1	AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño infantil. Empaque individual	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 - RCA N° 036-020/2021	1.693	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	4	6941-2	AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño para adultos. Empaque individual	Unidad		Unidad	RCA Nº 004-021/09 -RCA N° 036-020/2021	1.694	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	6	3115	ALGODONERO	Algodonero De Acero Inoxidable Odontológico. Tamaño Mediano	Unidad				1.695	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	7	7449	ANOSCOPIO NIÑOS. CHICO	Acero Inoxidable	Unidad				1.696	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	8	7450	ANOSCOPIO NIÑOS. GRANDE	Acero Inoxidable	Unidad				1.697	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	9	5805	APLICADOR DE CLIP	Acero Inoxidable	Unidad				1.698	
Cardiocir-Cir Ped	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	10	6334	APROXIMADOR COSTAL ADULTOS 16 CM	Acero Inoxidable	Unidad				1.699	
Cardiocir-Cir Ped	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	11	7454	APROXIMADOR COSTAL PEDIÁTRICO	Acero Inoxidable	Unidad				1.700	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	12	4048	BANDEJA P/ TOMA DE MUESTRA	Acero Inoxidable, Medidas: 50 + - 10 cm x 40 a 45 cm	Unidad		Unidad	RCA N° 054-039/08 - RCA: N° 036-020/2021	1.701	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	13	7375	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 0)	Acero Inoxidable	Unidad				1.702	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	14	7376	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 1)	Acero Inoxidable	Unidad				1.703	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	15	7377	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 2)	Acero Inoxidable	Unidad				1.704	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	16	7378	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 3)	Acero Inoxidable	Unidad				1.705	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	17	7379	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 4)	Acero Inoxidable	Unidad				1.706	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	18	7380	BISTURÍ FALSIFORME DE PLESTER	Acero Inoxidable, Reutilizable	Unidad				1.707	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	19	3513	BOLSA DE GOMA PARA AGUA CALIENTE	Con Tapa Rosca	Unidad				1.708	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	20	3514	BOLSA DE GOMA PARA HIELO	Con Tapa Rosca	Unidad				1.709	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	21	2467	CAJA DE DIAGNÓSTICO	Con otoscopio, oftalmoscopio y juego de espejos laríngeos y rinoscopios.-	Unidad			Mod.RCA N° 081-031/06	1.710	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	22	7479	CAJA DE ESTERILIZACIÓN P/INSTRUMENTALES VARIOS, ACERO INOXIDABLE C/ PROTECTOR DE SILICÓN	De 330 X 220 X 20 Mm	Unidad				1.711	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	23	5860	CAJA METÁLICA C/TAPA 34 x 16 x 7 cm	Acero inoxidable 34 x 16 x 7 cm, variante + - 3 cm en medidas.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.712	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	24	7308	CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA (P/ AUTOCLAVE)	Acero Inoxidable. 30 X 20 X 10. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.713	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	25	7481	CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS	Acero Inoxidable De 20X10X4 cm (Para Marco Reversible)	Unidad				1.714	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	26	3517	CAJA METÁLICA C/TAPA 20 x 10 x 7cm.	Acero inoxidable 20 x 10 x 7 cm, variante + - 3 cm en medidas.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.715	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	27	3518	CAJA METÁLICA C/TAPA 25 x 12 x 6	Caja Metalica C/Tapa 25*12*6 Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.716	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	28	3519	CAJA METÁLICA C/TAPA 28 x 14 x 6 cm	Caja Metalica C/Tapa28*14*6 cms Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.717	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	29	3515	CAJA METÁLICA C/TAPA 30 x 15 x 10 cm.	Acero inoxidable 30 x 15 x 10 cm, variante + - 3 cm en medidas.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.718	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	30	3524	CAJA METÁLICA C/TAPA 32 x 12 x 6 cm	Caja Metálica C/Tapa 32*12*6 cm Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.719	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	31	2555	CHATA PLÁSTICA	Pvc Rígido P/ Adulto	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	1.720	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	32	6312	CLAMP AÓRTICO NEONATAL CURVO DE 15 CM	De Titanio	Unidad				1.721	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	33	6313	CLAMP AÓRTICO NEONATAL RECTO DE 15 CM	De Titanio	Unidad				1.722	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	34	6311	CLAMP AÓRTICO PARA ANASTOMOSIS PROXIMAL DE 23 CM	De Titanio	Unidad			R.C.A N° 081-031/06	1.723	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	35	7397	CLAMP ARTERIAL DE ROCHESTER-PEAN	Acero Inoxidable	Unidad				1.724	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	36	7507	CLAMP DE HALLE-BIRKETT 20 CM RECTO	Acero Inoxidable	Unidad				1.725	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	37	7510	CLAMP DERRA NEONATAL, DE 15 CM	Titanio. Con Variante De (+)(-) 2 cm En Las Medidas	Unidad				1.726	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	38	7512	CLAMP INTESTINAL CURVO 15 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.727	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	39	7513	CLAMP INTESTINAL CURVO 20 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.728	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	40	7514	CLAMP INTESTINAL CURVO DE 25 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.729	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	41	7515	CLAMP INTESTINAL RECTO 15 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.730	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	42	7516	CLAMP INTESTINAL RECTO 20 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.731	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	43	7517	CLAMP INTESTINAL RECTO DE 25 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.732	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	44	6305	CLAMPS AÓRTICO CURVO ADULTO. CON RAMA DE 10 CM	De Titanio	Unidad				1.733	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	45	6284	CLAMPS AÓRTICO CURVO PEDIÁTRICO. PARA COARTACIÓN DE 18 CM.	De Titanio	Unidad				1.734	
Cirugía Mínima Invasiva	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	46	2564	CLIPADORA AUTOMÁTICA	CON VÁSTAGO GIRATORIO CON 20 (VEINTE) CLIPS TAMAÑO MEDIUM Y LARGE.	Unidad			RCA: N° 059-010/17	1.735	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	47	9880	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO GRANDE	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.736	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	48	9881	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO MEDIANO	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.737	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	49	9882	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO PEQUEÑO	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.738	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	50	7147	COMPAS TIPO CASTROVIEJO DE 20MM DE APERTURA, CURVO, CON REGLA	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	1.739	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	51	7146	COMPAS TIPO CASTROVIEJO	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.740	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	52	7531	CUCHARILLA DE ENUCLEACIÓN	Acero Inoxidable	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	1.741	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	53	7533	CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN, PEQUEÑA	Acero inoxidable. Presentación: unidad.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.742	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	54	7532	CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN,GRANDE	Acero Inoxidable.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.743	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	55	7537	CURETA DE CHALAZION	MEYERHOEFER SET DE 5: TAMAÑO N° 0-1-2-3 Y 4. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		SET	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.744	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	56	5453	CURETA DE NOVAK	Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.745	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	57	7542	CURETA P/ CAVIDAD MAXILAR DE FAULKNER		Unidad				1.746	
GINECOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	58	9883	CURETA UTERINA DE KEVOURKIAN 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico (variación: + - 1)	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.747	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	59	7544	CURETAS GRANDES PARA TRAUMATOLOGÍA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.748	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	60	7546	CURETAS OTICAS BUCK, LONGITUD 14,5 CM (TAMAÑO 0)	Punta Roma. De Acero Inoxidable	Unidad				1.749	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	61	7548	CURETAS PEQUEÑAS PARA TRAUMATOLOGÍA	Cureta craneal con boca de 7 mm x 2,9-3,1 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE	Unidad			RCA: N° 106-019/12	1.750	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	62	7549	DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL, GRANDE	CON DEDAL, GRANDE . Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.751	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	63	7550	DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL,PEQUEÑO	DE SCHEPENS, CON DEDAL,PEQUEÑO. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.752	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	64	7551	DEPRESOR ESCLERAL DOBLE, DE BOLSILLO, TIPO SCHOCKET	DOBLE, DE BOLSILLO, TIPO SCHOCKET. Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.753	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	65	6294	DILATADOR DE CORONARIA DE 0,5 mm DE DIÁMETRO y 15 cm DE LONGITUD, VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.754	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	66	7273	DILATADOR DE CORONARIA DE 1 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD, VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.755	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	67	7274	DILATADOR DE CORONARIA DE 1,5 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.756	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	68	7554	DILATADOR DE CORONARIA DE 2 MM DE DIÁMETRO y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.757	
GINECOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	69	9884	DILATADOR DE HEGAR N° 3	Acero inoxidable al carbono	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.758	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	70	7561	DILATADOR METÁLICO DE DEBACKEY	Acero Inoxidable quirúrgico, set de 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.759	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	71	7575	DILATADORES DE HEGAR N° 10	Acero Inoxidable	Unidad				1.760	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	72	7576	DILATADORES DE HEGAR N° 12	Acero Inoxidable	Unidad				1.761	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	73	7577	DILATADORES DE HEGAR N° 14	Acero Inoxidable	Unidad				1.762	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	74	7578	DILATADORES DE HEGAR N° 16	Acero Inoxidable	Unidad				1.763	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	75	7579	DILATADORES DE HEGAR N° 6	Acero Inoxidable	Unidad				1.764	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	76	7580	DILATADORES DE HEGAR N° 8	Acero Inoxidable	Unidad				1.765	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	77	7381	ELEVADOR DE HENKE, ANCHURA 11,5 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.766	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	78	6227	ELEVADOR DOBLE DE MASING		Unidad				1.767	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	79	7588	ESCARIFICADOR DE DESMARRES PEQUEÑO	DESMARRES PEQUEÑO. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.768	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	80	7382	ESCOPLO DE COTTLE PLANO DE 4 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.769	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	81	7383	ESCOPLO DE COTTLE PLANO DE 7 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.770	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	82	7384	ESCOPLO DE COTTLE PLANO DE 9 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.771	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	83	7649	ESPÁTULA DE IRIS DE BARRAQUER	CILÍNDRICA, PEQUEÑA 0,25 MM DIÁMETRO, ANGULADA. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.772	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	84	7650	ESPÁTULA DE KIMURA	PARA ESCARIFICACIÓN CORNEAL Y CULTIVO. Platino	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	1.773	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	85	7651	ESPÁTULA DE NÚCLEO DE NAGAHARA	BORDE INFERIOR PLANO P/ FACOEMULSIFICACIÓN. Acero Inoxidable y/ o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.774	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	86	7385	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 1)	Acero Inoxidable	Unidad				1.775	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	87	7386	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 2)	Acero Inoxidable	Unidad				1.776	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	88	7387	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 3)	Acero Inoxidable	Unidad				1.777	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	89	7388	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 4)	Acero Inoxidable	Unidad				1.778	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	90	7652	ESPÁTULA DOBLE PARA COCLODIÁLISIS	TIPO CASTROVIEJO, 0,25 MM DE ANCHO. Acero Inoxidable y /o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.779	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	91	7653	ESPÁTULA DOBLE PARA SINEQUIAS, TIPO CASTROVIEJO, PUNTAS SEMICORTANTES, 0,5 MM DE ANCHO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.780	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	92	7654	ESPÁTULA PARA CUERPO EXTRAÑO	GOLF CLUB, PUNTA REDONDEADA ANGULADA. Acero Inoxidable y/o titanio.Presentación:unidad.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.781	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	93	6285	ESPÁTULA PULMONAR DE 25 / 32 CM	Acero Inoxidable, Flexible	Unidad				1.782	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	94	2615	ESPECULO DE HARTMANN DE 3,6 MM DE ALTURA Y 3MM DE DIAMETRO	Espéculo Para Oido De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.783	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	95	7389	ESPÉCULO DE HARTMANN DE 3,6 MM DE ALTURA Y 6MM DE DIÁMETRO	Espéculo Para Oido De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.784	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	96	7390	ESPÉCULO DE HARTMANN DE 3,6 MM DE ALTURA Y 7,5 MM DE DIÁMETRO	Espéculo Para Oido De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.785	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	97	7391	ESPÉCULO DE TABIQUE DE COTTLE 55 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.786	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	98	7392	ESPÉCULO DE TABIQUE DE KILLIAN - STROUKEN 75 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.787	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	99	7393	ESPÉCULO DE TABIQUE DE KILLIAN - STROUKEN 90 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.788	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	100	5961	ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN 13 CM DE ALTURA	Acero Inoxidable	Unidad				1.789	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	101	3082	ESPÉCULO VAGINAL GRANDE	Especulo Vaginal De Acero Inoxidable	Unidad				1.790	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	102	3084	ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO	Especulo Vaginal De Acero Inoxidable	Unidad				1.791	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	103	3083	ESPÉCULO VAGINAL CHICO	De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.792	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	104	6237	ESPEJO LARÍNGEO Nº 2	Mango Hexagonal A Rosca. Acero Inoxidable	Unidad				1.793	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	105	2619	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO	Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.794	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	106	2620	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO	Con doble campana metálica, con membrana y campana de elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación roscada	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.795	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	107	2631	ESTETOSCOPIO DE PINARD	Estetoscopio De Pinard De Madera	Unidad				1.796	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	108	7662	FLEBO EXTRACTOR METÁLICO	Con mínimo de 4 cabezas intercambiables, Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.797	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	109	2640	FOQUITOS PARA LARINGOSCOPIO DE HOJAS CURVAS.	Adaptable a juego de laringoscopio de hojas curvas.	Unidad		Unidad	Res. Nº 004-021/09 -RCA: N° 036-020/2021	1.798	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	110	7394	GANCHITO DE COTTLE DE 2 DIENTES, ROMO A LA DERECHA	Acero Inoxidable	Unidad				1.799	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	111	7395	GANCHITO DE COTTLE DE 2 DIENTES, ROMO A LA IZQUIERDA	Acero Inoxidable	Unidad				1.800	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	113	7396	GANCHO P/ EL DORSO DE LA NARIZ DE AUFRICHT	Acero Inoxidable	Unidad				1.801	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	114	7678	GANCHO DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE GASS, CON AGUJERO OVALADO EN LA PUNTA	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.802	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	115	7679	GANCHO DE IRIS Y MANIPULADOR DE LIO DE KUGLEN, ANGULADO	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.803	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	116	7681	GANCHO DE RECUPERACIÓN DE HELVESTON, EXTRA DELICADO CON PUNTA ANGULADA CÓNICA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.804	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	117	8739	GANCHO DE TENOTOMÍA DE STEVENS, PUNTA ROMA, PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.805	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	118	8742	GANCHO MUSCULAR DE JAMESON, GRANDE	Acero Inoxidable y/ o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.806	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	119	8743	GANCHO MUSCULAR DE JAMESON, PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.807	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	120	5220	GANCHO PARA VÁLVULA MITRAL. 25 CM. VARIANTE + - 2 CM.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.808	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	121	3552	GEL PARA TRANSMISIÓN ULTRA SÓNICA	Pote De Plastico De 500 G	Unidad				1.809	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	122	9866	GLUCÓMETRO DIGITAL	Lector digital para lectura de tiras reactivas para glucosa en sangre, debe ser adaptable a las tiras para glucómetro	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.810	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	123	3087	HISTERÓMETRO	Histerometro De Acero Inoxidable	Unidad				1.811	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	124	9308	HOJA PARA RASURADORA ELÉCTRICA CLIPPER	P/Rasuradora 3M	Unidad				1.812	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	125	2749	JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO	Acero Inoxidable , con juego de hojas curvas correspondientes N° 3, 4, 5, y foquitos correspondientes.-	unidad		Kit	R.C.A N° 079-041/06 - RCA: N° 036-020/2021	1.813	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	126	2748	JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	Acero Inoxidable , con juego de hojas rectas N° 0, 1, 2 y foquitos correspondientes.-	unidad		Kit	R.C.A N° 079-041/06 - RCA: N° 036-020/2021	1.814	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	127	8763	LEGRA DE ASPIRACIÓN CON MANDRIL		Unidad				1.815	
TRAUMATO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	128	5466	LEGRA DE COBB GRANDE	Acero Inoxidable	Unidad				1.816	
TRAUMATO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	129	5475	LEGRA DE COBB MEDIANAS	Acero Inoxidable	Unidad				1.817	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	130	7398	LEGRA DE LEMPERT DE 3 MM		Unidad				1.818	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	131	7399	LEGRA DE PLESTER DE 8 MM DE DIÁMETRO		Unidad				1.819	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	132	4394	LENTE DE PROTECCIÓN OCULAR .	De policarbonato, tamaño Standard, Material liviano, descartable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.820	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	133	8773	LUPA BINOCULAR PARA MICROCIRUGÍA DE 3,5 MM.	Con aumento de 3,5 X, montado en cinta craneal, cristales de protección contra salpicaduras. Distancia de trabajo de 300 a 450 mm, campo de visión 45 a 70 mm, con palancas para rebatir la lupa, con certificados de calidad según normas ISO 900x, CE y otras que avalen calidad.	Unidad			Res. Nº 022-029/07	1.821	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	134	7400	MANGO ASPIRADOR DE FISCH CON ORIFICIO DE INTERRUPCIÓN	Acero Inoxidable	Unidad				1.822	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	135	7307	MANGO DE BISTURÍ Nº 3 de 18 cm.	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.823	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	136	2763	MANGO DE BISTURÍ Nº 4 de 12 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.824	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	137	5471	MANGO DE BISTURÍ Nº 4 de 18 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.825	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	138	7321	MANGO DE BISTURÍ N° 11 de 12 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.826	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	139	7322	MANGO DE BISTURÍ N° 11 de 18 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.827	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	140	7325	MANGO DE BISTURÍ N° 23 de 12 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.828	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	141	7326	MANGO DE BISTURÍ N° 23 de 18 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.829	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	142	2762	MANGO DE BISTURÍ N° 3 de 12 cm.	Acero Inoxidable, variante + - 3 cm	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.830	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	143	7327	MANGO DE BISTURÍ N° 7	De Acero Inoxidable de 25 cm (+ - 3 cm)	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.831	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	144	8775	MANGO PEQUEÑO (10 cm + - 2 cm) PARA BISTURÍ	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.832	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	145	8776	MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE	Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.833	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	146	8777	MARCADOR ESCLERAL PARA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA	Acero Inoxidable y/ o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.834	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	147	3363	MARTILLO DE REFLEJO		Unidad				1.835	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	148	7409	MARTILLO METÁLICO DE COTTLE 18 CM		Unidad				1.836	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	149	3782	NEBULIZADOR HOSPITALAR DE ALTA POTENCIA	Capaz de resistir varias nebulizaciones sucesivas sin recalentarse. Tensión 220 Volt - 50/60 Hz. Tamaño de partículas aprox. 1,65 micrones,Potencia de consumo: 35 - 40 W, con control de potencia; Frecuencia: 1,7 - 2,0 MHZ, con gran caudal de nebulización. Portátil con sus accesorios. Garantía y servicio técnico de un año.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.837	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	150	2766	OFTALMOSCOPIO	Oftalmoscopio manual directo p/ consultorio, con luz halógena y baterias alcalinas	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.838	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	151	2772	ORINAL DE PLÁSTICO	Orinal De Pvc Rígido Masculino Adulto	Unidad				1.839	
TRAUMATO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	152	8785	OSTEOTOMOS CURVOS MEDIANOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.840	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
TRAUMATO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	153	8786	OSTEOTOMOS CURVOS PEQUEÑOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.841	
TRAUMATO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	154	8787	OSTEOTOMOS RECTOS, MEDIANOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.842	
TRAUMATO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	155	8788	OSTEOTOMOS RECTOS, PEQUEÑOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.843	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	156	2770	OTOSCOPIO	Con Mango Neumático Con Fuente De Luz Incorporada	Unidad				1.844	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	157	8789	PALANCA AUDITIVA DE ZAUFAL DE 14,5 CM DE LONGITUD	Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable	Unidad				1.845	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	158	7310	PERA DE GOMA PARA ASPIRAR SECRECIONES GRANDE	Pera De Goma Para Aspirar Secreciones Surtido	Unidad				1.846	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	159	7309	PERA DE GOMA PARA ASPIRAR SECRECIONES MEDIANO	Pera De Goma Para Aspirar Secreciones Surtido	Unidad				1.847	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	160	2778	PERA DE GOMA PARA ASPIRAR SECRECIONES PEQUEÑO	Pera De Goma Para Aspirar Secreciones Surtido	Unidad				1.848	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	161	6898	PERFLUORODECALINE LÍQUIDO ESTÉRIL	Frasco De 5 a 7 ml. Presentación: frasco.	Unidad			Mod . Res. Nº 050-007/11	1.849	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	162	8793	PERFORADOR ÓSEO DE KERRISON TAMAÑO 2 (MEDIANO)	Material de acero inoxidable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.850	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	163	7403	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. Y 4 MM DE DIÁMETRO	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.851	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	164	7404	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 10)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.852	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	165	7405	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 11)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.853	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	166	7406	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 12)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.854	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	167	7407	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 15)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.855	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	168	7408	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 9)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.856	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	169	7314	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 10 CM.	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.857	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	170	8794	PINZA DE CAMPO BACKAUS 14 CM.	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.858	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	171	6310	PINZA KOCHER CURVA DE 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.859	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	172	2818	PINZA KOCHER CURVA DE 20 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.860	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	173	2821	PINZA KOCHER RECTA 16 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.861	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	174	2823	PINZA KOCHER RECTA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.862	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	175	2784	PINZA ALLIS CURVA 13 CMS	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.863	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	176	2786	PINZA ALLIS DE 18 CM RECTA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.864	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	177	7295	PINZA ALLIS DE 20 CM RECTA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.865	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	178	2787	PINZA ALLIS DE 25 CM RECTA	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.866	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	179	2785	PINZA ALLIS RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.867	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	180	2790	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 16 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.868	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	181	2783	PINZA ANATÓMICA ADSON CON DIENTE 12 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.869	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	182	2782	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 12 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.870	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	183	7286	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 15 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.871	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	184	7287	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 18 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.872	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	185	2791	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 18 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.873	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	186	7288	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 22 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.874	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	187	7289	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 24 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.875	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	188	2788	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE DE 13 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.876	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	189	7290	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 28 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.877	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	190	2789	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE 14 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.878	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	191	2792	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.879	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	192	9887	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE DE TITANIO PARA MICROCIRUGÍAS 16 a 18 CM	Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.880	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	193	8795	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.881	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	194	10258	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 17 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.882	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	195	10259	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA BOCA 15 MM - 17 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.883	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	196	10260	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA BOCA 20 MM - 17 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.884	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	197	8796	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 24 CM	Acero Inoxidable sanitario, variación: + - 1 cm en la medida.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.885	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	198	8797	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.886	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	199	10261	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA ANGULADA 30 CM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RES. N° 066-029/08	1.887	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	200	10262	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 20 CM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RES. N° 066-029/08	1.888	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	201	7080	PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 15 CM	De Titanium	Unidad				1.889	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	202	6292	PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 25 CM	De Titanium	Unidad				1.890	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	203	2797	PINZA ANATÓMICA S/DIENTE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.891	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	204	7294	PINZA ANATÓMICA S/DIENTE 28 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.892	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	205	7291	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 14 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.893	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	206	7292	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 12 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.894	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	207	7293	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 24 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.895	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	208	2795	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE16 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.896	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	209	9888	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE TITANIO PARA MICROCIRUGÍAS de 16 a 18 CM	Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugia de mano.	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.897	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	210	6319	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BAKEY 15 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.898	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	211	8798	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BAKEY 20 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.899	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	212	2796	PINZA ANATÓMICA RECTA SIN DIENTE DE 18 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.900	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	213	6308	PINZA BENGOLEA CURVA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.901	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	214	8802	PINZA BULLDOG 15 CM . VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.902	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	215	10266	PINZA CLAMP BULLDOG DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA 70 MM. CURVA.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			RES. N° 066-029/08	1.903	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	216	9890	PINZA CÍSTICA DE 19 CM	Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2)	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.904	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	217	9891	PINZA CÍSTICA DE 23 CM	Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 3)	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.905	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	218	7079	PINZA CORTA HILO DE ACERO DOBLE ACCIÓN 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.906	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	219	6283	CORTADOR DE HILO DE ACERO 20 CM DE LONGITUD + - 2 CM. DE VARIACIÓN.	Acero Inoxidable quirúrgico alta calidad, fuerte y de buen filo.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.907	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	220	6303	PINZA CORTANTE DE 150° Y 15 CM PARTE INFERIOR BOCA MÓVIL	Titanio. Con Variante De (+) (-) 3 Cm. Con Garantia De 5 Años	Unidad				1.908	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	221	6304	PINZA CORTANTE DE 150° Y 15 CM PARTE SUPERIOR BOCA MÓVIL	Titanio. Con Variante De (+) (-) 3 Cm. Con Garantia De 5 Años	Unidad				1.909	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	222	3095	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 16 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.910	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	223	7296	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 24CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.911	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	224	2388	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.912	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	225	3096	PINZA DE ARO FOERSTER RECTA 24 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.913	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	226	2798	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 13 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.914	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	227	2799	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 16 CM.	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.915	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	228	8820	PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 12 MM DE DIAM	pinza de chalazion de 12 mm de diametro. Acero Inoxidable Y Titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.916	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	229	8819	PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 8.0 MM DE DIAM	pinza de chalazion circular de 8 mm de diametro. Acero Inoxidable y/ o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.917	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	230	8822	PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, MEDIANA	pinza de chalazion oval mediana. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.918	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	231	8821	PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, PEQUEÑA	pinza de chalazion oval pequeña. Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.919	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	232	8824	PINZA DE CHALAZIÓN TRIANGULAR ANGULADA DE LORDAN	pinza de chalazion triangular angulada de lordan. Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.920	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	233	8829	PINZA DE COTTLE, FORMA DE BAYONETA		Unidad				1.921	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	234	6291	PINZA DE DISECCIÓN PARA MAMARIA DE 17 CM CON ANILLO DE 1.5 MM. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad. Garantía mínima de 3 años.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.922	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	235	7081	PINZA DE DISECCIÓN PARA MAMARIA DE 18 CM CON ANILLO DE 0.5 MM	De Titanio. Con 5 Años De Garantia.	Unidad				1.923	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	236	8830	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 16 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.924	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	237	8831	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 20 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.925	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	238	8832	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 25 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.926	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	239	6315	PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad variación: + - 2 cm en las medidas, delicada, liviana.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.927	
C.V.P.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	240	6287	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 19 CM. VARIACIÓN + - 2 CM.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.928	
C.V.P.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	241	8833	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 25 CM. VARIACIÓN + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico quirúrgico de alta calidad.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.929	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	242	7103	PINZA DE FIJACIÓN CORNEAL EN FORMA DE U, CON DIENTES 1X2 , 0.12 (para transplante).	pinza de fijación corneal en forma de u con dientes 1x2 0.12 (para transplante). Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.930	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	243	7437	PINZA DE HARTMANN DE 8 CM DE LONGITUD	P/ Taponar Oido, De Acero Inoxidable	Unidad				1.931	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	244	7109	PINZA DE LIVERNOIS Y DE SPALECK PARA LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE (EL PAR)	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: par.	Unidad			Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11	1.932	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	245	2826	PINZA DE MAGGIL ADULTO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.933	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	246	2825	PINZA DE MAGGIL PEDIÁTRICO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.934	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	247	7412	PINZA DE OIDO DE WULLSTEIN, OVALADA DE 0,9 MM		Unidad				1.935	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	248	7410	PINZA DE OIDO HARTMANN EXTRASUAVES, ROMAS		Unidad				1.936	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	249	7411	PINZA DE OIDO HARTMANN REDONDAS DE 2MM DE DIÁMETRO		Unidad				1.937	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	250	2839	PINZA DE PEAN DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.938	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	251	7413	PINZA DIRECCIONALES P/TABIQUE DE WALSHAN		Unidad				1.939	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	252	5449	PINZA ERINA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.940	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	253	8849	PINZA FUERTE PORTA AGUJAS PARA HILO DE ACERO 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm resistente o fuerte al uso o pinzamiento del hilo de acero Nº 5 para sutura de esternón.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.941	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	254	8911	PINZA GUBIA MEDIANA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.942	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	255	3387	PINZA GUBIA 17 CM	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.943	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	256	3388	PINZA GUBIA RECTA 23 CM	De 21-25 cm de longitud y 4,9 - 5,1 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA N° 054-039/08 RCA: N° 106-019/12	1.944	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	257	6302	PINZA GUBIA RECTA DE 31 CM DOBLE ARTICULACIÓN	De 30 -32 cm de longitud y 4,9 - 5,1 mm. Doble articulación. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA N° 054-039/08 RCA: N° 106-019/12	1.945	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	258	8914	PINZA GUBIA PEQUEÑA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.946	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	259	8859	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA DE 10 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.947	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	260	2808	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12,5	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.948	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	261	6309	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA DE 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.949	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	262	2809	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.950	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	263	6301	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA DE 10 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.951	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	264	8862	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE RECTA 14 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.952	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	265	2802	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE RECTA 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.953	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	266	2805	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.954	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	267	8863	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.955	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	268	2814	PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE 17 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.956	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	269	5450	PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE 20 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.957	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	270	5470	PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE MEDIANA (12 CM)	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.958	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	271	5451	PINZA HEMOSTÁTICA DE 25 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.959	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	272	8864	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.960	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	273	2811	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.961	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	274	8865	PINZA HEMOSTÁTICA MIXTER BABY RECTA DE 14 CM	Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.962	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	275	8866	PINZA HEMOSTÁTICA MIXTER BABY RECTA DE 18 CM	Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.963	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	276	5469	PINZA HEMOSTÁTICA RECTA 14 a 16 cm	Acero Inoxidable Quirúrgico	Unidad			Res. N° 022-028/07	1.964	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	277	9893	PINZA KNUTSEN CON DOS GARRAS	Acero Inoxidable al Carbono , para estudios de Uretrocistografía	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.965	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	278	2815	PINZA KOCHER CURVA DE 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.966	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	279	2819	PINZA KOCHER RECTA 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.967	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	280	6306	PINZA MIXTER DE 15 CM CON RAMA FINA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.968	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	281	2828	PINZA MIXTER CURVA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.969	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	282	8867	PINZA MIXTER CURVA DE 25 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.970	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	283	7315	PINZA MIXTER DE 20 CM CON RAMA FINA	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.971	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	284	2827	PINZA MIXTER RECTA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.972	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	285	7414	PINZA NASAL DE BLAKESLEY. TAMAÑO 1		Unidad				1.973	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	286	7415	PINZA NASAL DE BLAKESLEY. TAMAÑO 3		Unidad				1.974	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	287	7416	PINZA NASAL DE BLAKESLEY-WILDE CURVA TAMAÑO 1		Unidad				1.975	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	288	7417	PINZA NASAL DE BLAKESLEY-WILDE CURVA TAMAÑO 2		Unidad				1.976	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	289	7418	PINZA NASAL DE TAKAHASHI		Unidad				1.977	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	290	8881	PINZA ÓSEA DE JANSEN , FORMA DE BAYONETA DE 20 CM		Unidad				1.978	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	291	8882	PINZA ÓSEA DE LUER - RUSKIN	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.979	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	292	8883	PINZA P/ALAMBRE DE MC GEE		Unidad				1.980	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	293	5448	PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.981	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	294	7438	PINZA P/OIDO DE FISCH, EXTRASUAVES, PUNTIAGUDAS		Unidad				1.982	
OTORRINO-Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	295	8889	PINZA P/PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS, ABERTURA BILATERAL, DIAM. DE VAINA 2,5 MM, LONG DE 50 CM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	1.983	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	296	9894	PINZA PARA BIOPSIA DE KEVOURKIAN 25 CM ANGOSTA	Cureta para biopsia endocervical, de acero inoxidable quirúrgico, (Variación: + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.984	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	297	9895	PINZA PARA BIOPSIA WITTER 23 CM	De Acero Inoxidable Quirúrgico, para biopsia de cuello uterino (Variación + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.985	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	298	7108	PINZA PARA CAPSULORREXIS DE UTRATA, CURVADA, PUNTAS DELICADAS TRIANGULARES DE 11 MM	pinza para capsulorrexis de utrata curvada puntas delicadas triangulares de 11 mm. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.986	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	299	3093	PINZA PARA CUELLO UTERINO	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.987	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	300	8900	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 01	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.988	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	301	8901	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 02	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.989	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	302	8902	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 03	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.990	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	303	8903	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 04	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.991	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	304	6280	PINZA SACATROMBOS O SACABOCADOS RECTO DE 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de + - 2 cm en las medidas. Para extracción de trombos y calcio de la válvula aórtica y mitral.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.992	
C.V.P.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	305	8905	PINZA SATINSKY 24 CM	De Acero Inoxidable Sanitario alta calidad. Con variante de + - 2 cm en las medidas.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.993	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	306	10271	PINZA CLAMP SATINSKY ATRAUMÁTICA 17 CM.	De Acero Inoxidable Sanitario alta calidad. Con variante de + - 2 cm en las medidas.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.994	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	307	10285	PINZA CLAMP SATINSKY ATRAUMÁTICA 23 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.995	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	308	10286	PINZA CLAMP SATINSKY ATRAUMÁTICA 26 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.996	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	309	6288	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 12 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.997	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	310	7311	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 14 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.998	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	311	7312	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 24 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.999	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	312	9897	PINZA TISCHLER 27 CM	De Acero Inoxidable Quirúrgico, para biopsia de cuello uterino (Variación + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.000	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	313	8912	PINZA GUBIA MEDIANA DOBLE ARTICULACIÓN TRAUMATOLÓGICA	De 21-25 cm de longitud y 2,9 -3,1 mm de corte. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.001	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	314	8913	PINZA GUBIA PEQUEÑA DOBLE ARTICULACIÓN TRAUMATOLÓGICA	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.002	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	315	8915-1	PINZA PARA ARTROSCOPÍA (mediana standard)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad			Mod.RCA N° 081-031/06	2.003	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	316	8915-2	PINZA PARA ARTROSCOPÍA (recta)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad				2.004	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	317	8915-3	PINZA PARA ARTROSCOPÍA(curva angulada derecha)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad				2.005	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	318	8915-4	PINZA PARA ARTROSCOPÍA (curva angulada izquierda)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad				2.006	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	319	8916	PISTOLAS/PERFORADORAS QUIRÚRGICAS NEUMÁTICAS	Funcionamiento con nitrógeno, Kit completo con accesorios	Unidad			Mod.RCA N° 081-031/06	2.007	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	320	6298	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO MANGO REDONDO DE 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.008	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	321	7436	PORTA AGUJA DE MASING, CON FORMA DE PINZAS DE OIDO	Acero Inoxidable	Unidad				2.009	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	322	2850	PORTA AGUJA PARA HILOS DE ACERO DE 20 CM	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				2.010	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	323	2851	PORTA AGUJA 10 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				2.011	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	324	7297	PORTA AGUJA 12 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				2.012	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	325	6613	PORTA AGUJA 15 CM.	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.013	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	326	7298	PORTA AGUJA 18 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				2.014	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	327	7299	PORTA AGUJA 23 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				2.015	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	328	7300	PORTA AGUJA 26 CM.	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.016	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	329	7301	PORTA AGUJA 30 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad				2.017	
CVP/OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	330	7304	PORTA AGUJAS DE KALT	porta agujas de kalt. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº126-018/09-RCA N° 039-016/2021	2.018	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	331	9899	PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍAS 16 cm de largo + - 2 cm CON TRABAS	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. N° 126-018/09	2.019	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	332	6300	PORTA AGUJAS VASCULARES PARA CORONARIAS DE 20 CM. VARIANTE + - 2 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.020	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	333	10272	PORTA AGUJAS VASCULARES DE DEBACKEY DE 20 CM. VARIACIÓN: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.021	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	334	10273	PORTA AGUJAS DE DEBACKEY DE 18 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.022	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	335	10274	PORTA AGUJAS DE DEBACKEY DE 23 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.023	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	336	6299	PORTA AGUJAS CASTRO VIEJO MANGO PLANO 18 CM PARA CORONARIA. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.024	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	337	8922	PROTECTOR DE ORBITA	Plastico claro o aluminio. Presentación: unidad.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	2.025	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	338	8927	PUNTA TIPO BORRADOR PARA CAUTERIO BIPOLAR	Descartable - caja. Presentación: caja.	Unidad			Mod . Res. Nº 050-007/11.	2.026	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	339	7439	RASPA ÓSEA DOBLE CARA RUGOSA	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.027	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	340	8929	RASURADOR ELÉCTRICO PARA CAMPO QUIRÚRGICO	Rasurador eléctrico para campo quirúrgico con batería recargable y cuchillas descartables.	Unidad			RCA N° 106-019/12	2.028	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	341	8930	RESPIRÓMETRO	Medidor de flujo respiratorio. (Pico flujo).	Unidad			Res. Nº 046-023/09	2.029	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	342	8932	RETRACTOR DE PARPADOS N° 1 DE DESMARRES	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	2.030	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	343	8933	RETRACTOR DE PARPADOS N° 2 DE DESMARRES	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	2.031	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	344	7419	RETRACTORES DE PLESTER DE 2 X 2 DIENTES		Unidad				2.032	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	345	7420	RETRACTORES DE PLESTER DE 2X2 DIENTES A LA DERECHA Y HOJA COMPLETA		Unidad				2.033	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	346	7421	RETRACTORES DE PLESTER DE 2X2 DIENTES A LA IZQUIERDA Y HOJA COMPLETA		Unidad				2.034	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	347	8939	RINOSCOPIO KILLAN N 4	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.035	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	349	8940	RINOSCOPIO KILLAN N 2	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.036	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	350	8941	RINOSCOPIO KILLIAN N 3	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.037	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	351	3562	RIÑONERA	Rinonera Mediana De Acero Inoxidable	Unidad				2.038	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	352	7120	ROTADOR DE LENTE INTRAOCULAR, PUNTA ROMA, 0.2 MM DE DIÁM, TIPO SINSKEY II	rotador de lente intraocular, punta roma, 0.2 mm de diám tipo sinskey II. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.039	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	353	9469	SABANA PARA CAMA 0,70 a 0,75 mts. X 50 MTS. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	2.040	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	354	9466	SABANA PARA CAMA PARTE DE ABAJO 1,90 a 1,95 mts. X 1,52 a 1,57 mts.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	2.041	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	355	9467	SABANA PARA CAMA, PARTE DE ARRIBA 1,90 a 1,95 X 0,90 a 0,95 mts.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	2.042	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	356	9468	SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	2.043	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	357	8943	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER		Unidad				2.044	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	358	8944	SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET 15 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.045	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	359	6296	SEPARADOR AUTOESTÁTICO PARA DISECCIÓN DE MAMARIA INTERNA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.046	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	360	8949	SEPARADOR AUTOESTÁTICO BALFOUR 30 CM	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.047	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	361	8945	SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE GOSSET 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.048	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	362	8954	SEPARADOR AUTOESTÁTICO FINOCHEITO 20 CM VARIANTE + - 2 CM.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.049	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	363	10275	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidaad, desarmable, con rama larga.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.050	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	364	10276	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX MEDIANO	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidaad, desarmable, con rama larga.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.051	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	365	10277	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX GRANDE.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidaad, desarmable, con rama larga.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.052	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	366	8958	SEPARADOR CON MANGO (RICHARSON) 25 CM	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.053	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	367	8959	SEPARADOR DE ALLISON	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.054	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	368	3104	SEPARADOR DE FARABEUF ADULTOS 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.055	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	369	5480	SEPARADOR DE FARABEUF MEDIANO 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variante: + - 2 . Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.056	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	370	8960	SEPARADOR DE FARABEUF NEONATO	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.057	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	371	3105	SEPARADOR DE FARABEUF NIÑOS	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.058	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	372	7422	SEPARADOR DE GARFIO DE 4 DIENTES	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.059	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	373	8965	SEPARADOR DE PÁRPADOS 20 CM. VARIANTE + - 2 CM.	separador de párpados 20 cm. variante + - 2 cm. Cm. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.060	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	374	7154	SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN, TIPO LIEBERMAN	separador de párpados para facoemulsificación tipo lieberman. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.061	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	375	7155	SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA RECIÉN NACIDO TIPO FRAENKEL	separador de párpados para recién tipo fraenkel. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.062	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	376	7157	SEPARADOR DE PÁRPADOS TIPO BARRAQUER PARA NIÑOS	separador de párpados tipo barraquer para niños niños. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.063	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	377	8966	SEPARADOR DE VOLKMANN		Unidad				2.064	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	378	8967	SEPARADOR DE YESO		Unidad				2.065	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	379	8970	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON		Unidad				2.066	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	380	6905	SET DE ANILLOS DE FIJACIÓN DE FLIERINGA	Set De 8 Anillos De 14 A 22 Mm De Diametro) Acero Inoxidable.Presentación: set	UNIDAD		SET	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/221	2.067	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	381	7423	SET DE FRESAS CON CABEZA DE DIAMANTE		Unidad				2.068	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	382	7424	SET DE FRESAS CON CABEZA DE METAL DURO		Unidad				2.069	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	383	7158	SET DE GANCHOS MUSCULARES DE GRAEFE: TAMANOS 1-2-3	Acero Inoxidable y/o titanio	Set			Res.Nº 126-018/09	2.070	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	384	7159	SET DE SONDAS LAGRIMALES X 6: DE OOOO A 8	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/221	2.071	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	385	7926	SIERRA DE GIGLI (PARA CRANEOTOMIA)		Unidad				2.072	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	386	8975	SIERRA NEUMÁTICA QUIRÚRGICA	Sierra para esternotomia para adultos y niños. Para apertura primaria y secundaria (re-operación). sierra a bateria con 2 (dos) baterias y cargador externo para cirugias cardiacas. debe contener juegos de hojas alternativas, minimo de 8 (ocho), diferentes tamaños para pacientes adultos, obesos y delgados, ademas para pacientes pediatricos para esternotomia.	Unidad		KIT	Mod.RCA N° 081-031/06. mod. RCA N° 057-038/2022 de fecha 20 de setiembre de 2022	2.073	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	387	3429	SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA	Kit completo con 5 (cinco) juegos de hojas semicirculares oscilantes como minimo, en 3 (tres) medidas y por lo menos 5 (cinco) de hojas cada medida, para apertura secundaria (re-operacion) con hojas de diferentes tamaños para pacietes adultos, obesos y delgados, ademas para pacientes pediatricos para esternotomia. Con 2 (dos) baterias y cargador externo para las cirugias cardiacas	Unidad		KIT	Mod.RCA N° 081-031/06 mod. RCA N° 057-038/2022 de fecha 20 de setiembre de 2022	2.074	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	388	2904	SONDA ACANALADA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.075	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	389	7425	SOPORTE P/ 24 PERFORADORES Y FRESAS CON VAINA LISA		Unidad				2.076	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	390	4581	SOPORTE P/ PIPETAS DE ERITROSEDIMENTACIÓN	Acero Inoxidable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.077	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	391	3568	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 12 x 16 CM	Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.078	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	392	3565	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 20 CM	Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.079	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	393	3569	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 30 CM	Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.080	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	394	8994	TELESCOPIO DE VISIÓN OBLÍCUA 30° DIÁM. 5,5 MM	Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Esterilizable En Autoclave	Unidad				2.081	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	395	3584	TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el simbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. Resolusión: Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) Rango de medición: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. Batería interna: de 1.5 V o menor.	Unidad		Unidad	Res. Nº 134-006/10 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 036-020/2021	2.082	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	396	8995	TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el simbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. Resolusión: Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) Rango de medición: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. Batería interna: de 1.5 V o menor.	Unidad			Res. Nº 134-006/10 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	2.083	
DASM-FARMACIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	397	11315	TERMOHIGRÓMETRO	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el valores de °C (Grado Celsius) - °F (Grado Fahrenheit) y % indistintamente. Resolucion: Incrementos y decrementos de 0,1 °C (0,1 °F) / 1% RH como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (0,1° F) / ± 1% RH. Rango de medición de la humedad: entre 10% RH a 99% RH. Rango de medición de la temperatura: entre - 40° c a + 70° C. Preparado para ubicar por pared o mesada.	UNIDAD		Caja conteniendo el instrumento electrónico con las baterías incorporadas	RCA: N° 082-001/18	2.084	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	398	7426	TIJERA ACODADA DE 12 CM DE LONGITUD Y 2X2 DIENTES		Unidad				2.085	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	399	8998	TIJERA CASTRO VIEJO 15 CM PARA CORONARIA	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación : + - 2	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.086	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	400	10287	TIJERA CASTRO VIEJO ANGULO RECTO 15 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.087	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	401	9901	TIJERA CURVA PARA MICROCIRUGÍA 16 a 18 CM	De acero quirúrgico inoxidable. Con certificados de calidad que avalen la composición del acero de acuerdo a Normas DIN 46001 - ISO 9001, etc. Garantía mínima 3 años	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.088	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	402	7427	TIJERA DE COTTLE CURVA 10 CM	Acero Inoxidable	Unidad				2.089	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	403	7428	TIJERA DE COTTLE CURVA 10 CM, PUNTA ROMA	Acero Inoxidable	Unidad				2.090	
TRAUMATO/Oftalmo/ Cir Pediat	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	404	6625	TIJERA DE IRIS CURVA	Acero inoxidable y/o titanio. Curva de 10 cm (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	2.091	
TRAUMATO/Oftalmo/ Cir Pediat	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	405	6626	TIJERA DE IRIS RECTA	Acero inoxidable y/o titanio. Recta de 10 cm (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.092	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	406	6333	TIJERA DE LISTER PARA YESO DE 17-20 CMS.	Acero Inoxidable	Unidad				2.093	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	407	7429	TIJERA DE OÍDO BELUCCI, SUAVES	Acero Inoxidable	Unidad				2.094	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	408	6293	TIJERA DE POTT DE 45 ° P/CORONARIA DE 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.095	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	409	10278	TIJERA DE POTT DE 45º DE 17 CM. VARIANTE: + - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.096	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	410	10279	TIJERA DE POTT DE 45º DE 20 CM. VARIANTE: + - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.097	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	411	10280	TIJERA DE POTT DE 45º DE 23 CM. VARIANTE: + - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.098	
Cirugía Vascular Periférica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	412	10284	TIJERA DE POTT DE 60º DE 17 CM. VARIANTE: + - 2 CM, PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.099	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	413	9005	TIJERA DE POTT DE 60 ° PARA CORONARIA DE 18 CM	Acero Inoxidable Con Variantes De (+) (-) 2 Cm En Las Medidas. Con 5 Años De Garantía	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.100	
Cardiocir	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	414	7271	TIJERA DE POTT DE 90 ° PARA CORONARIA DE 18 CM	De Titanio Con Variantes De (+) (-) 2 Cm En Las Medidas. Con 5 Años De Garantia	Unidad				2.101	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	415	7272	TIJERA DE POTT DE 90 ° PARA CORONARIA DE 28 CM	Acero Inoxidable Con Variantes De (+) (-) 2 Cm En Las Medidas. Con 5 Años De Garantía	Unidad				2.102	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	416	3013	TIJERA FINA CURVA 17 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.103	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	417	3021	TIJERA FINA RECTA 15 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.104	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	418	3011	TIJERA MAYO CURVA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-				RCA N° 054-039/08	2.105	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	419	3014	TIJERA MAYO CURVA 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.106	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	420	3015	TIJERA MAYO CURVA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.107	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	421	3017	TIJERA MAYO CURVA 23 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.108	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	422	3018	TIJERA MAYO CURVA DE 22 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.109	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	423	9009	TIJERA MAYO RECTA DE 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.110	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	424	3020	TIJERA MAYO RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.111	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	425	3024	TIJERA MAYO RECTA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.112	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	426	3031	TIJERA METZEMBAUN CURVA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.113	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	427	3034	TIJERA METZEMBAUN CURVA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.114	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	428	3027	TIJERA METZEMBAUN CURVA DE 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.115	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	429	9471	TIJERA METZEMBAUN DE 15 CM PUNTA FINA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.116	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	430	3030	TIJERA METZEMBAUN DE 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.117	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	431	9011	TIJERA METZEMBAUN RECTA 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.118	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	432	3032	TIJERA METZEMBAUN RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.119	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	433	3028	TIJERA METZEMBAUN RECTA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.120	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	434	9010	TIJERA METZEMBAUN RECTA 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.121	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	435	9012	TIJERA NASAL DE HEYMANN, MEDIANA	Acero Inoxidable	Unidad				2.122	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	436	9013	TIJERA P/ FISURA LARÍNGEA DE KILLIAN	Acero Inoxidable	Unidad				2.123	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	437	7430	TIJERA PARA ALAMBRE GUILFORD-WRIGHT 10 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.124	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	438	9015	TORNIQUETE NEUMÁTICO C/ BRAZALETE P/ MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR	Acero Inoxidable	Unidad				2.125	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	439	7140-1	TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON)	trepano corneal descartable con sistema de vacío (tipo barron). (de 7.50 a 7.75 mm de diametro. RECECTOR)	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-077/11-RCA N° 039-019/2021	2.126	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	440	7140-2	TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE.	trepano corneal descartable con sistema de vacío (tipo barron) para donante + placa base antideslizante. antideslizante. (de 7.75mm a 8.00mm de diametro DONANTE)	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-077/11-RCA N° 039-019/2021	2.127	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	441	9772	TROCAR TORÁXICO TIPO ARGYLE N°8	Estéril, descartable, de PVC	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.128	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	442	9018	TROQUEL CON CABEZA DE MARTILLO DE HOUSE DIETER	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.129	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	443	9019	TROQUEL ÓSEO DE CITELLI (TAMAÑO3)		Unidad				2.130	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	444	9022	TUBO ASPIRADOR CON EXTREMO DE GOMA, ACODADO, 35 CM DE LONGITUD.	Acero Inoxidable	Unidad				2.131	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	445	9023	TUBO ASPIRADOR CON EXTREMO DE GOMA, ACODADO, 50 A 55 CM DE LONGITUD.	Acero Inoxidable Quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.132	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	446	9025	TUBO ASPIRADOR CON EXTREMO DE GOMA, RECTO, 50 A 55 CM DE LONGITUD.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.133	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	447	4629	TUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICO C/GRADUACIÓN, DE PLÁSTICO	Resistente a centrifugado, medida Standard	Unidad				2.134	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	448	7431	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 0,7 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.135	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	449	7432	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 1 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.136	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	450	7433	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 1,3 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.137	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	451	7434	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 1,5 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.138	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	452	7435	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 2 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.139	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	453	7213	VALVA DE BRESKY (MANGO LARGO)	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.140	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	454	9047	VALVA DE DOYEN SUPRAPÚBICA 28 CM DE LONGITUD	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.141	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	455	9048	VALVA DE DOYEN VAGINAL 45 MM X 120 MM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.142	
Cir. Gral.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	456	9049	VALVA DE DOYEN VAGINAL 60 MM X 120 MM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.143	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	457	10770	Lente intraocular de cámara posterior	Pieza simple, Material: polimetilmetacrilato (PMMA) de calidad clínica de absorción de rayos UV, Tamaño óptico: 6,0 a 6,5 mm, Constante A: 118,2 A 118,5 Longitud global: 12,5 mm. Paquete Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.144	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	458	10771	Lente intraocular de cámara posterior	Pieza simple, Material: polimetilmetacrilato (PMMA) de calidad clínica de absorción de rayos UV, Tamaño óptico: 5,5 mm, Constante A: 118,2 a 118,5 Longitud global: 12,5 mm. Paquete Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.145	
OFTALMOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	459	10772	Lente intraocular de cámara anterior	Pieza simple, Material: polimetilmetacrilato (PMMA) de calidad clínica de absorción de rayos UV, Tamaño óptico: 6,0 mm, Constante A: 115,1 A 115,3 Longitud global: 12,75 mm. Paquete Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.146	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	460	11464	RINOSCOPIO KILLAN N1	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad		Unidad	RCA: N° 082-032/2020	2.147	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	461	11465	GANCHITO DE HEERMANN, RETROGRADO	Acero Inoxidable	Unidad		Unidad	RCA: N° 082-032/2020	2.148	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	462	11466	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO DE 6 FR	Largo de 20 a 25 cm con aguja, guía para paso de guía 0.18 y 0.38 Estéril, descartable.-	Unidad		Envase Esteril Individual	RCA: N° 082-032/2020	2.149	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	1	10330	ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.150	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	2	10331	ABRE BOCA PARA NIÑOS Mc KESSON	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.151	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	3	10332	ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ -)2, 6 3/4 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.152	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	4	10333	ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.153	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	5	10334	BAJA LENGUA DE WIEDER	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.154	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	6	10335	CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.155	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	7	10337	CINCEL COTTLE-MEDICON 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.156	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	8	10338	CUCHARILLA PARA ENUCLEACIÓN DE GLOBO OCULAR 15 CM - 6 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.157	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	9	10339	ELEVADOR TIPO SELDIN, ROMA 19,5 CM - 7 3/4 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.158	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	10	10340	ESPATULA BUCAL , O SEPARADOR DE LENGUA TIPO BRUNINGS 19 CM - 7 1/2 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.159	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	11	10341	ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS, 15 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.160	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	12	10342	ESPECULO NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.161	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	13	10343	FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.162	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	14	10344	FRESAS LINDEMANN: 3 - 75 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.163	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	15	10345	GANCHO PARA LIGADURA DEL ARCO ZIGOMÁTICO OBWEGESER 23 CM - 9 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.164	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	16	10346	GANCHO PARA LIGADURA DE MANDIBULA OBWEGESER 14 CM - 5 1/2.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.165	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	17	10347	GARFIO PARA MALAR DE GINESTET, 22 CM 8 3/4 PULGADAS, 20 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.166	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	18	10348	GUÍA DE ALAMBRE: LUNIATSCHEK: 19 CM- 7 1/2 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.167	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	19	10349	LEGRA TIPO FREER 19 CM - 7 1/2 PULGADAS, CORTANTE/ROMO: 5MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.168	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	20	10350	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 6 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.169	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	21	10351	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 7 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.170	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	22	10352	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 9 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.171	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	23	10353	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 11MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.172	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	24	10354	LEGRA CURVA TESSIER 18 CM - 7 1/8 6 MM, 30 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.173	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	25	10355	LEGRA TIPO HENAHAN 17 CM - 6 1/4 PULGADAS, 12 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.174	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	26	10356	LIMA PARA HUESO MILLER 18 CM - 7 1/8 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.175	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	27	10357	MENISCOTOMO SMILIE 17 CM - 6 3/4 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.176	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	28	10358	OSTEOTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NIÑOS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.177	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	29	10359	OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.178	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	30	10360	PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.179	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	31	10361	PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER CURVO CALIBRE 12	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.180	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	32	10362	PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 6,0	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.181	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	33	10363	PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 5,1	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.182	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	34	10364	PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.183	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	35	10365	PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.184	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	36	10366	PINZA PARA REDUCCIÓN DE FRACTURA NASAL TIPO ASH	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.185	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	37	10367	PINZA EN FORMA DE BAYONETA GRUENWALD 16 CM - 6 1/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.186	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	38	10368	PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.187	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	39	10369	PINZA BISHOP- HARMON. ROMA 8,5 CM - 3 3/8 PULGADAS (IRIDECTOMÌA)	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.188	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	40	10370	PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE IZQUIERDA	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.189	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	41	10371	RETRACTOR PARA PÁRPADO TIPO DEMARES 14 CM - 5 1/2 PULGADAS (2): 14 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.190	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	42	10372	SEPARADOR DE APÓFISIS CORONOIDES OBWEGESER : 22 CM - 8 3/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.191	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	43	10373	SEPARADOR HOOKS, PUNTA ROMA TIPO GILLIES 19 CM - 7 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.192	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	44	10374	SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO INTERNO	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.193	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	45	10375	SEPARADOR DENN - MILER, PUNTA ROMA 16 CM - 6 1/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.194	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	46	10376	SEPARADOR NASAL TIPO COTTLE 14 CM - 5 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.195	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	47	10377	SEPARADOR NASAL TIPO AUFRICHT 18 CM - 7 1/8 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.196	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	48	10378	SEPARADOR UNIVERSAL DE MINESOTA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.197	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	49	10379	SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO EXTERNO	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.198	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	50	10380	SEPARADOR DE BORDE INTERIOR DE RAMA MANDIBULAR	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.199	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	51	10381	SEPARADOR DE LABIO DE PLÁSTICO, TIPO ESPANDEX, ADULTOS	Plástico flexible, reesterilizable	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.200	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	52	10382	SEPARADOR DE LABIO DE PLÁSTICO, TIPO ESPANDEX, NIÑOS	Plástico flexible, reesterilizable	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.201	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	53	10383	TIJERA KELLY, HOJA DE BISTURÍ Y DENTADURA MICRO 16-18 CM - 6 1/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.202	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	54	10384	TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.203	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	55	10385	TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS . COTTLE	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.204	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	56	10386	TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.205	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	1	10394	PINZA O PUNZON DE KERRIZON CORTE SUPERIOR RECTA DE 90º PEQUEÑO CORTE DE 3 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-10)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.206	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	2	10395	PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90º PEQUEÑO . CORTE DE 4 A 4,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-10)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.207	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	3	10396	PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90º PEQUEÑO . CORTE DE 5 A 5,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-10)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.208	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	4	10397	PINZA DE KERRIZON	PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 140º (+-10°) MEDIANO MIRADA ANTERIOR O ESFENOIDAL TIPO HAJEK-KOFLER CORTE INFERIOR DE 3 A 3,3 MM, VASTAGO 200 MM (+-10MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.209	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	5	10398	PINZA DE KERRIZON	PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 90º MIRADA POSTERIOR O HAJEK-KOFLER CORTE SUPERIOR DE 3 A 3,3 MM, VASTAGO 200 MM (+-10MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.210	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	6	10399	PINZA DE DISCO RECTA O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 200 MM(+-10) TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.211	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	7	10400	PINZA DE DISCO RECTA O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 200 MM(+-10) TAMAÑO DE BOCA 10 X 4 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.212	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	8	10401	PINZA DE DISCO	PINZA DE DISCO OBLÍCUA HACIA ABAJO O TIPO RONGEUR CUSHING ANGULADA HACIA ABAJO A 140º (+-10°) VÁSTAGO 200 MM(+-10), TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.213	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	9	10402	PINZA DE MENISCO	CUSHING OBLÍCUO INTERNO O RONGEUR DE PENNYBACKER. VÁSTAGO 125 MM(+-10 MM), BOCA 3 MM (+-1MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.214	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	10	10403	UÑA DE FINOCHEITO O PERIOSTOMO TIPO SEMB 230 MM(+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.215	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	11	10404	LEGRA O RASPADOR DE LOBB ANCHO 10 MM(+-1), LONGITUD 280 MM (+-10).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.216	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	12	10405	DISECTOR NEUROQUIRÚRGICO	ESPATULITA LARGA RECTA EBILLAU O ELEVADOR SEBILEAU, ANCHO 5 MM (+-1MM), LONGITUD 175 MM (+ -10 MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN- CE.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.217	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	13	10406	ESPATULITA LARGA CURVA O DISECTOR TIPO PENFIELD Nº 2 DOBLE PUNTA.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.218	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	14	10407	SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE BECUMANU DE ADSON ARTICULADO O SEPARADOR ADSON ROMO SEMI AGUDO, LONGITUD 320 MM (+-10).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.219	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	15	10408	SEPARADOR GRANDE CON CRICKET SCOVILLE RITHTER O RETRACTOR AUTOESTÁTICO TIPO SCOVILLE- RICHTER COMPLETO.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.220	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	16	10409	SEPARADOR MOSSER TAYLOR O GANCHO HERIDA TAYLOR HOJA DE 30 X 70 MM (+-10), LONGITUD TOTAL 185 MM (+-10).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.221	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	17	10410	PICO ASPIRADOR CON MANDRIL O CÁNULA DE SUCCIÓN TIPO POOL. CHARR.23 (+-1) DEE DIÁMETRO TUBO EXTERIOR DESENROSCABLE, OLIVA DE 6,5 A 9,5 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.222	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	18	10411	GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN RECTA 240 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.223	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	19	10412	GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN CURVA LISTONKEY - HORSLEY O CIZALLA TIPO LISTONKEY - HORLEY FORMA S.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.224	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	20	10413	ESCOPLO QUIRÚRGICO	ESCOPLO ACANALADO STILLE, PEQUEÑO O GUBIA STILLE, ANCHO 10 MM (+-1MM), LONGITUD 205 MM (+-20MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.225	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	21	10414	MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM(+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.226	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	22	10415	ESCOPLO ACANALADO STILLE, MEDIANO O GUBIA STILLE, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.227	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	23	10416	ESCOPLO PLANO RECTO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE RECTO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.228	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	24	10417	ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO O SINCEL BISELADO STILLE RECTO. ANCHO 12 MM (+-1), LONGITUD 100 A 105 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.229	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	25	10418	ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO O SINCEL BISELADO STILLE RECTO. ANCHO 15 MM(+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.230	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	26	10419	ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.231	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	27	10420	ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 15 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.232	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	28	10421	PINZA CORTA ALAMBRE SUAVE HASTA 1,5 MM DE DIÁMETRO.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.233	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	29	10422	PINZA CORTA ALAMBRE FUERTE HASTA 1,2 MM DE DIÁMETRO.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.234	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	30	10423	PINZA ROCHESTER PEQUEÑA LARGA O PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER RECTA 1 X 2 DIENTES . LONGITUD 140 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.235	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	31	10424	PINZA ROCHESTER CURVA PEQUEÑA LARGA O PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER CURVA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.236	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	32	10425	SEPARADOR ANILLO DE MATHIEU DOBLE TERMINACIÓN. SET DE DOS PIEZAS. LONGITUD TOTAL 200 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.237	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	33	10426	EXPLORADOR DE RAÍZ O ELEVADOR FREER ROMO 4 MM X 190 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.238	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	34	10427	EXPLORADOR DE RAÍZ 4 MM O RASPADOR DE SYMES PUNTA AFILADA. LONGITUD 18 A 18,5 MM. 190 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.239	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	35	10428	CURETA SCHOEDER O CUCHARILLA UTERINA SCHOER CORTANTE RÍGIDA. BOCA 13 MM (+-1). LONGITUD 308 A 311 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.240	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	36	10429	PINZA KERRISON	PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 140º(+-10°), CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-10MM), CORTE DE 1 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.241	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	37	10430	PINZA KERRISON	PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 140º(+-10°), CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-10MM), CORTE DE 3 - 3,3 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.242	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	38	10431	PINZA KERRISON	PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 140º(+-10°), CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-10MM), CORTE DE 5 - 5,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.243	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	39	10432	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 - 2,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.244	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	40	10433	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 - 3,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.245	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	41	10434	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM(+-1MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.246	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	42	10435	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULADA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 - 2,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.247	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	43	10436	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULADA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 - 3,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.248	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	44	10437	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULADA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM(+-1MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.249	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	45	10493	TREPANO CRANEAL DE HUDSON (SET)	Set de Acero inoxidable compuesto de: - 1 trépano, - 1 fresa lisa adulto 14-16 mm de diámetro, - 1 fresa lisa pediatrica 9-11 mm de diámetro, - 1 fresa oval adulto 13-15 mm de diámtro, - 1 prolongador.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 106-019/12	2.250	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	46	10494	FRESA LISA PARA TREPANO DE HUDSON	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.251	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	47	10495	FRESA OVAL PARA TREPANO DE HUDSON DE 13 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.252	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	48	10496	GUIA DE SIERRA DE GIGLI	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.253	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	49	10497	GANCHO DE SIERRA DE GIGLI- PAR	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Par			Res. Nº 090-002/10	2.254	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	50	10498	LEGRA PERIOSTAL DE CUSHING 16 MM X 18 CM (+ - 2)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.255	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	51	10499	DISECTOR DE PENFIEL Nº 1	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.256	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	52	10500	DISECTOR RECTO DE NERVIO DE DANDY	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.257	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	53	10501	MICROTIJERA EN BAYONETA RECTA LONG. 16 (+ - 2 CM)	Titanio / Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 106-019/12	2.258	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	54	10502	UÑA DE FINOCHEITO O PERIOSTOMO TIPO SEMB 230 MM(+-2).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.259	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	55	10503	MICROTIJERA EN BAYONETA CURVA ARRIBA (LONG. 16 + - 2 CM)	Titanio / Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 106-019/12	2.260	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	56	10504	MICROTIJERA EN BAYONETA CURVA ABAJO (LONG. 20 + - 2 CM)	TITANIO /Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.261	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	57	10505	MICROTIJERA RECTA (LONG. 15 + - 1 CM)	TITANIO / Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.262	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	58	10506	SET DE MICRODISECTORES DE RHOTON PARA ANEURISMAS	COMPUESTOS: 1 microdiscector romo recto, 1 microdiscector romo semicurvo, 1 microdiscector romo curvo, 1 microdiscector gancho en angulo recto corto, 1 microdiscector gancho en angulo recto largo, 1 microdiscector cortante recto, microdiscector cortante semicurvo, 1 microdiscector cureta plana pequeña, 11 microdiscector cureta plana grande, 1 microdiscector cureta pequeña, 1 microdiscector cureta grande, 1 microdiscector de nervio redondo, 1 microdiscector de nervio plano, 1 micropunzon. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		SET	Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 072-002/18	2.263	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	59	10507	MANGO EN BAYONETA PARA BISTURI Nº 3	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.264	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	60	10508	SEPARADOR AUTOESTATICO CEREBELAR DE ADSON BRAZO RECTO	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.265	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	61	10509	SEPARADOR AUTOESTATICO CEREBELAR DE ADSON BRAZO ANGULADO	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.266	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	62	10510	RETRACTOR CEREBELAR DE MISKIMON	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 072-002/18	2.267	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	63	10511	SEPARADOR NEUROLÓGICO: SET - SEPARADOR AUTOESTÁTICO PARA COLUMNA CERVICAL DE CASPAR	Set compuesto de: - 2 separadores de Caspar para partes blandas, - 2 pares de valvas para los separadores de Caspar, - 1 separador de cuerpo Vertebral de Caspar, - 3 pares de tornillos para el separador de cuerpo, - 1 destornillador para los tornillos de cuerpo vertebral. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- AISI. Presentación Set.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 050-037/13	2.268	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	64	10512	PUNTA DE ASPIRADOR METALICO FRAZIER 160 + - 30 MM X 1,5 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.269	
Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	65	10513	PUNTA DE ASPIRADOR METALICO FRAZIER 160 + - 30 MM X 2,5 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.270	
U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	1	5939	COLCHÓN DE AIRE		Unidad				2.271	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	2	3459-2	DELANTAL PLOMADO Tamaño Mediano/ Completo	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad			R.C.A N° 047-030/08	2.272	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	3	3459- 4	DELANTAL PLOMADO Tamaño Mediano/ Parcial	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad				2.273	
Radiología-Hemodinamia	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	4	3459-3	DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO GRANDE COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO GRANDE COMPLETO CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA	Unidad	LA FDA Y/O CE		R.C.A N° 047-030/08 RCA: N° 106-019/12	2.274	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	6	3459-5	DELANTAL PLOMADO Tamaño Grande/ Parcial	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad				2.275	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	7	9722	GUANTES PLOMADOS N° 7	De látex plomado de 0,3 mm de Plomo de espesor, para los 5 dedos.-	Par			R.C.A N° 047-030/08	2.276	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	8	9723	GUANTES PLOMADOS N° 7 1/2	De látex plomado de 0,3 mm de Plomo de espesor, para los 5 dedos.-	Par			R.C.A N° 047-030/08	2.277	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	9	3475	GUANTES PLOMADOS N° 8	De látex plomado de 0,3 mm de Plomo de espesor, para los 5 dedos.-	Par			R.C.A N° 047-030/08	2.278	
Radiología-	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	10	5846	PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)	Plomado de 0,5 mm de plomo de espesor	Unidad			R.C.A N° 047-030/08	2.279	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	1	2626	APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con escala de medición en mm/Hg. De 7 x 38 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.280	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	2	2465	APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm de fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), Brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. De 10 a 12 x 34 a 45 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.281	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	3	7305	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL A MERCURIO DE PIE CON RUEDAS	Brazalete impermeable acolchado, con escala de 0 a 300 mm/Hg, tubo de vidrio de alta precisión, tubo espiral PVC, soporte p/brazalete, manguito, pera y válvula. Base con ruedas giratorias, altura regulable. Brazal de 14 a 20 x 53 a 64 cm. Largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.282	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	4	2462	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.283	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	5	10156	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.284	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	6	2459	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL A MERCURIO	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 53 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.285	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	7	8072	CAUTERIO MANUAL A BATERÍA	C/ Mango Para 2 Baterias AA Y Puntas Recambiables	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	2.286	
Cardiocir- Oftalmo- Cir. Pediat	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	8	9405	LENTES DE AUMENTO PARA CIRUGÍA	Lupas Con Aumento X 4. Montadas En Anteojos	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	2.287	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	9	3428	SIERRA ELÉCTRICA		Unidad				2.288	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	10	3427	SIERRA ELÉCTRICA P/ YESO		Unidad				2.289	
TRAUMATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	11	9094	TALADROS QUIRÚRGICOS A BATERÍA		Unidad				2.290	
TRAUMATOLOGÍA- Neurocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	12	9095	PERFORADOR/TALADROS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS	Perforador eléctrico, 220v, 60Hz, 500 W, 2500 a 3500 rpm, abertura de 10 mm (3/8")	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.291	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analisis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	13	9096	TONÓMETRO DE SCHIOTZ CON CAJA Y PESAS DE 5.0, 7.5 Y 10 MG	Acero Inoxidable	Unidad				2.292	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	1	3843	BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 18 x 9,5 x 38 cm. PARA AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm. Caja x 100 uds.	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.293	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	2	3840	BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO, C/FUELLE. 11 X 3 X 19 CM(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo, para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm.	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06- RCA: N° 036-020/2021	2.294	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	3	3841	BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR. QUÍMICO C/ FUELLE. 14 X 5 X 33 CM.(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.295	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	4	3844	BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 32 x 12 x 54 cm (+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo, para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 5 cm y la altura +- 10cm.	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06. Modif. Res. Nº 049-001/11 - RCA: N° 036-020/2021	2.296	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	5	5753	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN Nº 1 (NEONATAL)	Material reutilizable, compatible con monitor multiparametrico, para presion no invasiva. Manguera con conector y adaptadores. Circunferencia de 3.1 cm a 5.7 cm +/- 0.5 cm	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.297	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	6	5754	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN Nº 2 (NEONATAL)	Material reutilizable, compatible con monitor multiparametrico, para presion no invasiva. Manguera con conector y adaptadores. Circunferencia de 4.3 cm a 8,0 cm +/- 0.5 cm	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.298	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	7	3856	CINTA TESTIGO P/ ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	2.299	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	8	3857	CINTA TESTIGO QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR CALOR HUMEDO.	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo (Control adhesivo químico p/esterilización por autoclave)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	2.300	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	9	3854	CONTROL BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE	Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, con medio de cultivo incorporado	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06-RCA: N° 036-020/2021	2.301	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	10	4598	CONTROL BIOLÓGICO P/OXIDO DE ETILENO	Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 -RCA: N° 036-020/2021	2.302	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	11	3859	CONTROL EN TIRAS P/ OXIDO DE ETILENO	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para óxido de etileno.-	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07-RCA: N° 036-020/2021	2.303	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	12	3858	CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para calor seco.-	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07-RCA: N° 036-020/2021	2.304	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	13	8046	DISCOS DE ESTREPTOMICINA 300 ug	Frascos o tubos x 50 ;Los Discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.-	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/06	2.305	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	14	8045	DISCOS DE TEICOPLAMINA 30 ug	Microbiología. Frascos o tubos x 50 ;Los Discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.-	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/06	2.306	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	15	8037	E. TEST PARA AMIKACINA	TIRAS	KIT			Res.N° 072-003/05	2.307	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	16	8038	E. TEST PARA CEFTAZIDIMA	TIRAS	KIT			Res.N° 072-003/05	2.308	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	17	8039	E. TEST PARA CIPROFLOXACINA	TIRAS	KIT			Res.N° 072-003/05	2.309	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	18	8036	E. TEST PARA IMIPENEN	TIRAS	KIT			Res.N° 072-003/05	2.310	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	19	8005	ELECTRODO DE PCO2 + ANILLOS DE GOMA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 476247	KIT			Res.N° 072-003/05	2.311	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	20	8006	ELECTRODO DE PO2 + ANILLOS DE GOMA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 476246	KIT			Res.N° 072-003/05	2.312	
Laboratorio UTI	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	21	6459	ELECTRODO DE CLORO(CL) P/ EQ. CIBA CORNING ELECTROLITOS		Unidad				2.313	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio de Microbiologia	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	22	9136	ELECTRODO DE COAGULACIÓN. FORMA DE BISTURÍ	Compatible Con El Equipo Endoscopico (Storz) - Ser. De Urología	Unidad				2.314	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	23	5542	ELECTRODO DE FILL SOLUTION		Unidad				2.315	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	24	5857	ELECTRODO DE O2 GASÓMETRO ESCHWEILER		Unidad				2.316	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	25	8004	ELECTRODO DE Ph + ANILLOS DE GOMA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 476267	KIT			Res.N° 072-003/05	2.317	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	26	5873	ELECTRODO DE PH P/ GASÓMETRO CIBA CORNING (ENCARNACIÓN)		Unidad				2.318	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	27	5829	ELECTRODO DE PO2(P/GASÓMETRO CIBA CORNING (ENCARNACIÓN)		Unidad				2.319	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	28	6468	ELECTRODO DE POTASIO (K) EQ. ESCHWEILER		Unidad				2.320	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	29	6458	ELECTRODO DE POTASIO (K) P/ EQ. CIBA CORNING ELECTROLITOS		Unidad				2.321	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	30	4205	ELECTRODO DE POTASIO (K)	Eq. Electrolitos Avl	Unidad				2.322	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	31	8011	ELECTRODO DE PRUEBA TB5. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673396000	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.323	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	32	4203	ELECTRODO DE REFERENCIA	C/ Copuchón. Eq.Electrolitos Avl	Unidad				2.324	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	33	6469	ELECTRODO DE REFERENCIA EQ. ESCHWEILER		Unidad				2.325	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	34	6471	ELECTRODO DE REFERENCIA P/ EQ. GASÓMETRO CIBA CORNING (ENCARNACIÓN)		Unidad				2.326	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	35	6470	ELECTRODO DE REFERENCIA P/ GASÓMETRO ESCHWEILER		Unidad				2.327	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	36	4204	ELECTRODO DE SODIO (Na)	Eq. Electrolitos Avl	Unidad				2.328	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	37	6467	ELECTRODO DE SODIO (Na) EQ. ESCHWEILER		Unidad				2.329	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	38	6457	ELECTRODO DE SODIO (Na) P/ EQ. CIBA CORNING ELECTROLITOS		Unidad				2.330	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	39	4206	ELECTRODO P/ CLORO(Cl)	Eq.Electrolitos Avl	Unidad				2.331	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	40	4202	ELECTRODO P/ CO2 P/ EQ. GASÓMETRO ESCHWEILER		Unidad				2.332	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	41	5957	ELECTRODO PCO2H P/ GASÓMETRO C.CORNING (ENCARNACIÓN)***		Unidad				2.333	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	42	4201	ELECTRODO PH P/ GASÓMETRO ESCHWEILER		Unidad				2.334	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	43	9137	ELECTRODOS DE CALOMELANO PARA PHMETRO		Unidad				2.335	
Laboratorio U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	44	9138	ELECTRODOS DE VIDRIO PARA MEDICIÓN DE PH		Unidad				2.336	
Laboratorio U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	45	8058	ELELCTRODO DE CALCIO IÓNICO P/EQUIPO ELECTROLITO ESCHWEILER		UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.337	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	46	9140	EQUIPO DOBLE "T" DE BARAKA	Para uso en anestesiología	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.338	
UROLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	47	7137	FRASCO PARA DRENAJE de 1.000 cc	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.339	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	48	2487	FRASCO PARA DRENAJE de 2.000 cc	De Vidrio, Sellado Bajo Agua.	Unidad			Res. 049-029/05	2.340	
AC UTI	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	49	7136	FRASCO PARA DRENAJE de 500 cc	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.341	
LCC	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	50	8016	FUSIBLE 1A RETARDO TEMPORAL Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478916	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.342	
Laboratorio UTI	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	51	8015	FUSIBLE 1A slo-blo. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478648	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.343	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	52	9147	HOJA DE SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR PARA SIERRA AESCULAP MOD: ELAN E GP- 820. MEDIANO	Acero Inoxidable. Para Sección Esternal	Unidad				2.344	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	53	9148	HOJA DE SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR PARA SIERRA AESCULAP MOD: ELAN E GP- 820. PEQUEÑO	Acero Inoxidable. Para Sección Esternal	Unidad				2.345	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	54	7356	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°3	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.346	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	55	9726	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°4	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.347	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	56	9727	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°5	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.348	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	57	2717	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°0	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.349	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	58	9724	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°1	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.350	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	59	9725	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°2	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.351	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	60	7357	HUMIDIFICADORES PARA OXÍGENO CENTRAL	De PVC Rígido	Unidad				2.352	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	61	8062	INCUBADORA P/AMPOLLAS DE CONTROL BIOLÓGICO	EQUIPO PARA CONTROL BIOLOGICO	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.353	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Serv.Esterilización	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	62	3860	INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 - RCA: N° 036-020/2021	2.354	
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	63	8030	TSH Neonatal	Método Inmunoensayo enzimático fluorométrico (FEIA) kit de reactivos para equipo automatizado a comodato: placa de microtítulos, conjugado , diluyente conjugado, sustrato , diluyente para el sustrato, solución de parada, solución de lavado, calibradores, controles, cubiertas de plástico, ficha con valores para los controles y calibradores, cubetas de reactivos, ficha técnica en idioma español. Los materiales y reactivos no provistos en el kit deben ser suministrados como equipos de soporte a comodato.	Determinación	CE- ISO 13485	Unidad	Res.N° 072-003/05. RCA N° 036-037-2022 Fecha 28 junio 2022	2.355	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	64	4703	KIT DE AFÉRESIS PEDIÁTRICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit	Kit				2.356	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	65	8000	KIT DE AGUJA Y CUBIERTA DE AGUJA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673253	KIT			Res.N° 072-003/05	2.357	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	66	7999	KIT DE AGUJA Y TUBULADURA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673251	KIT			Res.N° 072-003/05	2.358	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	67	8018	KIT DE BOTELLA DE LAVADO + PAQUETE DESPROTEINIZADOR/ACONDICIONADOR x 4 CONJUNTOS. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 473497	KIT			Res.N° 072-003/05	2.359	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	68	8017	KIT DE CALIBRADORES 6,8/7,3 x 4 kitS Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 473496	KIT			Res.N° 072-003/05	2.360	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	69	4130	KIT DE CUBETAS Y FORRO COD. 751060	Eq. Express (Insumos)	Kit				2.361	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	70	8007	KIT DE ELECTRODO DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	Con: Cubeta de Electrodo de Referencia, Solución de KCL de relleno y anillos de goma - CAT 476273	KIT			Res.N° 072-003/05	2.362	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	71	8001	KIT DE PROTECTORES DE AGUJA DE 10 Unidades. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673373	KIT			Res.N° 072-003/05	2.363	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	72	7998	KIT DE RELLENO DE ELECTRODO DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	Con: Cubeta de sensor de Referencia, Solución de KCL para relleno y anillos de goma de cubeta - CAT 478498	KIT			Res.N° 072-003/05	2.364	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	73	8020	KIT DE SOLUCIÓN ACONDICIONADOR x 5 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478701	KIT			Res.N° 072-003/05	2.365	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	74	8025	KIT DE SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO ACTIVADA x 5 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673390	KIT			Res.N° 072-003/05	2.366	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	75	8022	KIT DE SOLUCIÓN DE RELLENO PARA ELECTRODO DE REFERENCIA + ANILLO DE GOMA x 4 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478822	KIT			Res.N° 072-003/05	2.367	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	76	8019	KIT DE SOLUCIÓN DESPROTEINIZADORA x 10 Und. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 105610	KIT			Res.N° 072-003/05	2.368	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	77	8021	KIT DE SOLUCIÓN PARA ELECTRODO DE Ph + ANILLO DE GOMA x 3 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478533	KIT			Res.N° 072-003/05	2.369	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	78	8003	KIT DE TUBOS PARA ASPIRACIÓN DE MUESTRA Y REACTIVO. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673358	KIT			Res.N° 072-003/05	2.370	
Lab. U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	79	8002	KIT DE TUBOS PARA BOTELLAS. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673250	KIT			Res.N° 072-003/05	2.371	
Laboratorio U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	80	4702	KIT PARA PLAQUETAFÉRESIS	Componentes del Kit de Aféresis con Equipo en Comodato	Kit			Modificaión RCA N° 029-011/06	2.372	
Laboratorio U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	81	9473	KIT PARA PLASMAFÉRESIS	Componentes del Kit de Aféresis con Equipo en Comodato	Kit			Modificaión RCA N° 029-011/06	2.373	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio de Análisis	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	82	2600	KIT PARA RECOLECCIÓN DE CÉLULAS MADRES PERIFÉRICAS	Componentes del Kit de Aféresis con Equipo en Comodato	Kit			Modificaión RCA N° 029-011/06	2.374	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	83	2764	MANGUITO DE PRESIÓN ADULTO	Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.375	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	84	9160	MANGUITO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO	Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.376	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	85	8066	MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DE BALÓN ENDOTRAQUEAL		Unidad				2.377	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	86	9729	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°0	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.378	
LCC	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	87	6784	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°1	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.379	
LCC	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	88	9730	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°2	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.380	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	89	6783	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°3	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.381	
Laboratorio U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	90	9728	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°4	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.382	
Serv. Urgencias y RIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	91	6782	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°5	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.383	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	92	3726	MASCARILLA P/ OXÍGENO	Con sistema venturi y prolongador (tubuladura) para Oxígeno con accesorios de medición FIO2	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.384	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	93	6918	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA ADULTOS	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.385	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	94	9907	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.386	
Laboratorio U.T.I.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	95	5828	MEMBRANA DE ELECTRODO DE PH REFERENCIA 1/SM		Unidad				2.387	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	96	4878	MONITORES DE GASES	Servicio de Esterilización, para uso individual del personal	UNIDAD			R.C.A N° 079-041/06	2.388	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	97	4469	PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 120 CM X 120 CM	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma por 100 unidades.	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019 - RCA: N° 036-020/2021	2.389	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	98	3865	PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 130 cm X 180 cm	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma x 100 unidades	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.390	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	99	9398	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE pH	Papel pH Universal. Rango de 0 a 14 con escala comparativa.	Determinación			Res. 096-007/08	2.391	
ANESTESIA-UTIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	100	5534	PAPEL P/IMPRESORA 5,5 CM P/EQUIPO ELECTROLITO ESCHWEILER.		Unidad				2.392	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	101	4478	PAPEL PH ORINA / HECES	Block	Unidad				2.393	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	102	8009	PAQUETE DE PAPEL PARA IMPRESIÓN x 5 ROLLOS. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673252	CAJA			Res.N° 072-003/05	2.394	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	103	2777	PERA DE GOMA PARA APARATO DE PRESIÓN	Pera de inflado de goma, resistente y de alta elasticidad para uso en adultos y pediátrico.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.395	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	104	6317	PICO ASPIRADOR METÁLICO CURVO DE 45° DE 15 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	Adultos. Acero inoxidable quirúrgico con múltiples perforaciones y en la punta desarmable. Uso en Cardiocirugía.	Unidad			RCA N° 066-029/08	2.396	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	105	6318	PICO ASPIRADOR METÁLICO CURVO DE 90° DE 15 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	Adultos. Acero inoxidable quirúrgico con múltiples perforaciones y en la punta desarmable. Uso en Cardiocirugía.	Unidad			RCA N° 066-029/08	2.397	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	106	2351	PICO PARA ELECTROBISTURÍ	Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.398	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	107	7347	PROLONGADOR CON LLAVE DE 3 VÍAS	Alargador de PVC de 10 cm(+5), transparente con llave giratoria de 360º, 2 conectores a rosca o a presion hembra y un conector a rosca o a presion rotatorio macho. Desechable. No pirogeno. Libre de Latex Esteril. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.399	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	108	4705	REGULADOR DE FLUJO (DOSIFLOW) GRADUADO	Estéril, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.400	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	109	5689	RESUCITADOR ADULTO CON CAMARA AUTOINFLABLE	Bolsa de doble pared de silicona de 1000 a 1600 ml autoinflable, con bolsas de reservorio de O2. Con válvulas de seguridad, sistema de seguridad por valvula de sobrepresion, mascarilla facial para adulto de tamaño Nº3, Nº4, Nº5 de silicona con borde almohadillo trasparente para adulto, salida expiratoria, con valvula para PEEP. Todos los companentes deben ser desmontable y reutilizable	Unidad		kit	R.C.A N° 079-041/06-RCA: N° 036-020/2021	2.401	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	110	5692	RESUCITADOR PEDIÁTRICO CON CAMARA AUTOINFLABLE	Bolsa autoinflable de 500 a 1000 ml con reservorio de O2 desmontable de 1000 ml a 1800 ml. Con válvulas de seguridad espiratoria, valvula para PEEP o coneccion para la misma. Con medidor de presion maxima o cononeccion para el mismo.Con conector a oxigeno. Con mascarilla anatomica trasparente de silicona con borde almohadillo, tamaño Nº1, Nº2.	Unidad		kit	R.C.A N° 079-041/06-RCA: N° 036-020/2021	2.402	
Serv.Neonatal	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	111	7372	RESUCITADOR NEONATAL con camara autoinflable	Bolsa autoinflable de 150 a 300 ml con reservorio de O2 máscara anatómica de silicona, transparente con borde almohadillado Nº 0, Nº1 válvula unidireccional con entrada de Oxígeno entrada de admisión de aire de ambiente. Salida expiratoria, válvula de seguridad. con valvula de PEEP incluida, desmontable y reutilizable	Unidad		kit	R.C.A N° 079-041/06-RCA: N° 036-020/2021	2.403	
Laboratorio de Microbiología	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	112	8034	SEROLOGÍA PARA E. COLI NONAVALENTE	KIT Líquido	KIT			Res.N° 072-003/05	2.404	
Laboratorio de Microbiología	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	113	8035	SEROLOGÍA PARA HEMOPHILUS INFLUENZAE	KIT Líquido	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.405	
Cardiocir	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	114	3659	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL / PLEURAL DE 2000 cc. (+ - 500 CC)	De material plástico transparente (PVC), con trilla graduada. Con tubo de drenaje pleural / mediastinal sin trocar, de múltiples orificios no enfrentados entre sí, con línea radiopaca, de 36- 40 Fr de diámetro. Estéril.	Unidad			Res. Nº 127-035/10	2.406	
Banco de Sangre	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	115	8053	SOLUCIÓN LISS (SOLUCIÓN ADITIVA)	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	2.407	
Laboratorio de Microbiología	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	116	8043	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN Ph 4,01	FRASCO	CC			Res.N° 072-003/05	2.408	
Laboratorio de Microbiología	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	117	8042	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN Ph 7,00	FRASCO	CC			Res.N° 072-003/05	2.409	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	118	5540	TANQUE DE GAS CALIBRADOR (GASÓMETRO C.CORNING DE ENCARNACIÓN)	No Tiene	Unidad				2.410	
Banco de Sangre	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	119	8056	TARJETAS CON AHG,C 3d POLIESPECÍFICA	Tarjetas con 6 determinaciones cada una	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.411	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	120	9900	TEST DE BOWIE DICK	Test para detectar presencia de Aire en la cámara (Autoclave) Prueba en paquete lista para su uso.	Unidad		Paquete	Res. N° 022-029/07 RCA: N° 036-020/2021	2.412	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	121	9179	TIJERA CON CONECCIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON VÁSTAGO DE 5 MM Y 10 MM		Unidad				2.413	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	122	3005	TRAMPA PARA MUCUS		Unidad				2.414	
Serv. Urgencias y RIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	123	9181	TUBO METÁLICO DE ASPIRACIÓN VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.415	
Todos los Servicios de Internados	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	124	11322	Linea de bajada para Nutrición Enteral	Descartable, con cámara de goteo flexible y serrada de aire, con tubo de silicona (de calidad), con regulador de flujo y conector escalonado. Libre de pirógenos. Libre de DEHP Y LATEX. Para bomba en comodato.	Unidad		Unidad	RCA: N° 039-0243/19	2.416	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	1	4676	3 WAY VALVE. COD. 1453X214 C REP. EQ. EXPRESS(REPUESTO)	No Tiene	Unidad				2.417	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	2	7032	ABSORBEDOR DE CO2 HEWLLWT PACKARD		Unidad				2.418	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	3	10017	ADAPTADOR (ACOPLAMIENTO) DEL SENSOR EXALATORIO P/RESPIRADOR NEWPORT - E500	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar cód. CPL 1802M	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.419	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	4	6939	ADAPTADOR P/ FIBROBRONCOSCOPIO A.R.M.	Estéril, poliuretano, rígido (Tipo SWIBEL)	Unidad				2.420	
cir pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	5	9056	ASPIRADOR QUIRÚRGICO OHIO	C/ Frasco De Vidrio De 5 Lt, Con Motor	Unidad				2.421	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	6	2468	ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL	*Flujo de aspiración: 50 lt/min ó más; Control de intensidad de vacío de 0 a 300-500 mm Hg. *Capacidad del frasco colector 5 lt de vidrio ó policarbonato transparente con escala de volumen, de boca amplia para facilitar la limpieza. *Llave de encendido. Interrupción automática de la Aspiración al alcanzar el nivel máximo.* Filtro de seguridad para impedir entrada de secresiones a la bomba. *Alimentación eléctrica de 220 V + - 10% 50 Hz Alarma audiovisual de llenado de frasco y para cambio de frasco *Transporte sobre ruedas y manijas para sostén *Garantía técnica mínima 1 año. Manuales de operación. Normas de Calidad (Mercosur, ISO 9000, TUV, UL, ó CE, etc.)	Unidad			RCA N° 031-024/07	2.422	
LCC	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	7	9057	BALANZA ANALÍTICA (120 G/CAP. MÁX) CON IMPRESORA		Unidad				2.423	
LCC	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	8	9059	BALANZA DE PRECISIÓN DE PLATO (GRANATARIAS)		Unidad				2.424	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	9	2474	BALANZA PARA ADULTO CON TALLÍMETRO	De 0 A 150 Kg	Unidad				2.425	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	10	2475	BALANZA PARA BEBÉ	Balanza Para Bebé De 0 Kg A 10 Kg	Unidad				2.426	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	11	5935	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN INTRA-AÓRTICO DE 34 ML	Kit completo (c/catéter + balón), estéril, descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.427	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	12	5624	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN INTRA-AÓRTICO DE 36 ML		Unidad				2.428	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	13	5614	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN INTRA-AÓRTICO DE 40 ML	Kit completo (c/catéter + balón), estéril, descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.429	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	14	3830	BALÓN DE GAS ALTO ESCHWEILER	Balón	Unidad				2.430	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	15	3829	BALÓN DE GAS BAJO ESCHWEILER	Balón	Unidad				2.431	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	16	8023	BALÓN DE GAS PARA CALIBRACIÓN (5 % CO2 - 12 % O2) Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 477434000	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.432	
AC UTI	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	17	8024	BALÓN DE GAS PARA CALIBRACIÓN DE PENDIENTE (10 % CO2 - 0 % 02)Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 477438000	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.433	
AC UTI	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	18	8010	BANDEJA DE GOTEO. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673255	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.434	
UROLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	19	9099	BISTURÍ PARA ESTENOSIS - URETRÓTOMO 27037 M 7 CHARR LONG: 40 cm.	Compatible Al Equipo Storz Del Servicio Urología	Unidad				2.435	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	20	8012	BLOQUE DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673272	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.436	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	21	9707	BRAZALETE P/ CONTROL DE PRESIÓN ADAPTABLE A MONITOR DRAGUER	Con control de presión p/adultos de una sola salida impermeable, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.437	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	22	9706	BRAZALETE P/ CONTROL DE PRESIÓN P/ ADULTOS CON UNA SOLA SALIDA	Con control de presión p/adultos de una sola salida impermeable adapt. A Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.438	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	23	6787	BRAZALETE P/CONTROL DE PRESIÓN P/ADULTOS CON UNA SOLA SALIDA	Adaptable a Equipo Monitor Hewlett Packard cat. M 1575A	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.439	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	24	9701	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 4 P/DATEX OHMEDA	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños, adaptables a Monitor Ohmeda.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.440	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	25	9700	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 4 P/DRAGUER	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños: circunferencia de 12-19 cm, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.441	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	26	7306	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 4 P/HEWLET PACKARD	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños adaptables a Monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.442	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	27	9703	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 P/DATEX OHMEDA	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, adaptables a Monitor Ohmeda.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.443	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	28	5751	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 P/DRAGUER	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, circunferencia de 23-33 cm, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.444	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	29	9702	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 P/HEWLET PACKARD	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, adaptables a Monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.445	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	30	9705	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 6 P/DATEX OHMEDA	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños, adaptables a Monitor Ohmeda.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.446	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	31	5752	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 6 P/DRAGUER	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños: circunferencia de 17-25 cm, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.447	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	32	9704	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 6 P/HEWLET PACKARD	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños adaptables a Monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.448	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	33	7352	CABLE CONECTOR P/E.C.G. P/EQUIPO HEWLET PACKARD - ADULTOS	Adaptable a Equipo Hewlett Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.449	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	34	9101	CABLE DE ALTA FRECUENCIA 277 KB - PARA EQUIPO STORZ (SERV. UROLOGIA)		Unidad				2.450	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	35	9717	CABLE DE CONEXIÓN MULTIPARÁMETROS E.C.G.TEMPERATURA SPO2 P/EQUIPO DRAGUER	Adaptable a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.451	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	36	9102	CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA FRONTLUZ		Unidad				2.452	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	37	9103	CABLE ELECTRODO PARA EQUIPO HEWLETT PACKARD (CMS 24 OMNI CARE)		Unidad				2.453	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	38	9107	CABLE EXTENSOR P/E.C.G. P/EQUIPO OHMEDA	Adaptable a Equipo Datex Ohmeda	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.454	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	39	9710	CABLE INTERMEDIO PARA SPO2 P/MONITOR DRAGUER	Adaptable a Equipo Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.455	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	40	9719	CABLE LATIGUILLO 5 VÍAS P/E.C.G. P/EQUIPO DATEX OHMEDA	Adaptable a Equipo Datex Ohmeda	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.456	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	41	9713	CABLE LATIGUILLO DISTAL DE 3 TERMINALES P/E.C.G. P/EQUIPO HEWLET PACKARD	Adaptable a Equipo Hewlett Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.457	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	42	9104	CABLE PACIENTE CON PINZA P/ SATUROMETRÍA HEWLET PACKARD		Unidad				2.458	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	43	9105	CABLE PACIENTE CON PINZA P/ SATUROMETRÍA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.459	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	44	7349	CABLE PACIENTE CON PINZA P/ SATUROMETRÍA SIEMENS		Unidad				2.460	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	45	9106	CABLE PACIENTE CON PINZA P/SATUROMETRÍA ADAPTABLE A NIHON KOHDEN	Adaptable a Eq. Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.461	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	46	9708	CABLE PACIENTE CON PINZA P/SATUROMETRÍA P/MONITOR DRAGUER	Adaptable a Equipo Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.462	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	47	9709	CABLE PACIENTE CON SENSOR P/TEMPERATURA P/MONITOR DRAGUER	Adaptable a Equipo Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.463	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	48	9108	CABLE PACIENTE P/ PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NIHON KODEN		Unidad				2.464	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	49	9109	CABLE PACIENTE P/ PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA SIEMENS		Unidad				2.465	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	50	7350	CABLE PACIENTE P/ PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA HEWLET PACKARD		Unidad				2.466	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	51	9110	CABLE PACIENTE P/ PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.467	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	52	9714	CABLE PACIENTE P/E.C.G. P/MONITOR DRAGUER	Adaptable a Equipo Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.468	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	53	2761	CABLE PACIENTE P/ELECTROCARDIOGRAMA ADAPTABLE A MONITOR HEWLET PACKARD - PEDIÁTRICO	Cable paciente para ECG pediátrico	Unidad			Res. 049-029/05	2.469	
UTIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	54	7354	CABLE PACIENTE PARA ECG ADAPTABLE A MONITOR SIEMENS - ADULTO	Cable paciente para ECG Adaptable a monitor Siemens - Adulto	Unidad			Res. 049-029/05	2.470	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	55	7353	CABLE PACIENTE PARA ECG ADAPTABLE A MONITOR SIEMENS - PEDIÁTRICO	Cable paciente para ECG Adaptable a monitor Siemens - pediátrico	Unidad			Res. 049-029/05	2.471	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	56	8738	CABLE PACIENTE PARA ECG P/ MONITOR LIFE SCOPE 6	Cable paciente para ECG pediátrico y adultos	Unidad				2.472	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	57	9111	CABLE PACIENTE PARA ECG P/ MONITOR LIFE SCOPE 9	Cable paciente para ECG pediátrico y adultos	Unidad				2.473	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	58	2874	CABLE PACIENTE PARA ECG P/ MONITOR NIHON KOHDEN - ADULTOS	Cable con latiguillo de 3 vías, adaptable a Equipo Nihon Kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.474	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	59	9718	CABLE PACIENTE PARA ECG P/ MONITOR NIHON KOHDEN - PEDIÁTRICO	Cable con latiguillo de 3 vías, adaptable a Equipo Nihon Kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.475	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	60	9112	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA SIEMENS		Unidad				2.476	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	61	7351	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA ADAPTABLE A HEWLET PACKARD	Adaptable a Equipo Hewlett Packard (Cable Cat.N° TC-HP12)	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.477	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	62	9113	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.478	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	63	9114	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA NIHON KOHDEN		Unidad				2.479	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	64	9715	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA P/EQUIPO DRAGUER	Adaptable a Equipo Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.480	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	65	2593	CABLE PARA ECG CON ELECTRODOS Y VENTOSAS TIPO PERITAS	para Equipo Hewlett Packard (PAGE WRITER 100)	Unidad				2.481	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	66	7100	CABLE PARA ECG CON ELECTRODOS, PINZA Y VENTOSAS TIPO PERITAS	Para Equipo SIEMENS	Unidad				2.482	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	67	7101	CABLE PARA ECG CON ELECTRODOS, PINZA Y VENTOSAS TIPO PERITAS	Para Equipo NIHON KODEN	Unidad				2.483	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	68	9720	CABLE PARA SATUROMETRÍA SPO2 P/HEWLET PACKARD	Adaptable a Monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.484	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	69	10019	CÁMARA DE HUMIDIFICADOR TIPO MR 340 PEDIÁTRICO PARA RESPIRADOR SAVINA - DRAGUER MEDICAL	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 11 047	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.485	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	70	10018	CÁMARA DE HUMIDIFICADOR TIPO MR 370 ADULTO PARA RESPIRADOR SAVINA - DRAGUER MEDICAL	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 12 217	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.486	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	71	4905	CAMILLA		Unidad				2.487	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	72	7030	CANISTER P/ FILTRO VALVULAR TAKAOKA . MOD SHOGU		Unidad				2.488	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	73	7031	CANISTER P/ FILTRO VALVULAR TAKAOKA. MOD. ORIGAMI		Unidad				2.489	
Serv.Esterilización	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	74	3873	CARTUCHOS CON OXIDO DE ETILENO ESTERILIZANTE, EN AEROSOL, 200 gr X 100%	Adaptable al Equipo Esterilizador de Oxido de Etileno DEL GIUDICE del Serv. De Esterilización H.C. Medidas del cartucho: Alto 174 mm; Capacidad: 200 gr; 100% puro.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.490	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	75	4141	CELDAS DE LECTURA DE CUARZO EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRÍA		Unidad				2.491	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	76	9115	CELDAS DE LECTURA DESECHABLES PARA EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRÍA		Unidad				2.492	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	77	9064	CENTRÍFUGA DE MESA HASTA 15000 RPM CON ACCESORIOS		Unidad				2.493	
Análisis Clínicos	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	78	4088	CENTRÍFUGA DE MESA P/ 12 TUBOS	No Tiene	Unidad				2.494	
Análisis Clínicos	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	79	4084	CENTRÍFUGA DE MESA P/ 24 TUBOS	No Tiene	Unidad				2.495	
Análisis Clínicos	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	80	4087	CENTRÍFUGA P/ 36 TUBOS	No Tiene	Unidad				2.496	
Análisis Clínicos	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	81	4086	CENTRÍFUGA P/ MICRO HEMATOCRITO	No Tiene	Unidad				2.497	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	82	3826	CILINDRO DE CO2(REPUESTO)	No Tiene	Unidad				2.498	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	83	9116	CINTA PARA VIDEO CASETE	VHS T-120	Unidad				2.499	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	84	7344	CIRCUITO P/ RESPIRADOR ADULTO	Universal, adaptable a todas las marcas de respiradores en uso, siliconado	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.500	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	85	7345	CIRCUITO P/ RESPIRADOR PEDIÁTRICO	Siliconado	Unidad				2.501	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	86	6437	CIRCUITO PACIENTE ADULTO ADAPTABLE A RESPIRADOR TIPO BIRD	CIRCUITO REUTILIZABLE PARA RESPIRADOR (PARA TODAS LAS MARCAS)	Unidad				2.502	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	87	4853	CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO PARA RESPIRADOR	CIRCUITO REUTILIZABLE PARA RESPIRADOR (PARA TODAS LAS MARCAS)	Unidad				2.503	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	88	10021	CIRCUITO RESPIRATORIO DEL PACIENTE SILICONADO, REUTILIZ. 15 MM	Pediátrico/infantil c/trampa de agua y linea proximal con conexión en "Y" del paciente, adaptable al respirador NEWPORT - E500 similar cód. PBC 450 A	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.504	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	89	10020	CIRCUITO RESPIRATORIO DEL PACIENTE SILICONADO, REUTILIZ. 15 MM DI (LÍNEA DE 12 DI) P/RESPIRADOR NEWPORT - E 500	Para Ped./infante con trampa de agua y línea proximal con conexión en Y del paciente, adaptable al respirador NEWPORT - E500 similar cód. PBC 450 A	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.505	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	90	4507	COAGULÍMETRO DE DOS CANALES.	No Tiene	Unidad				2.506	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	91	10022	CODO ADAPTADOR SILICONADO	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar cód. ADP 1210 M	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.507	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	92	3729	CONEXION EN "Y"	PVC rígido, estéril, descartable, adaptable a equipo de Anestesia Takaoka	Unidad				2.508	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	93	4134	CONJ.. DE TBS. DE LA BOMBA PERIST/FIL	COD1453X156EXPRESS (REPUESTO)	Unidad				2.509	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	94	2492	CONTENEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDOS DE 1000 CC	Adaptable a bomba de infusión Kangaró c/ líneas correspondientes, p/ nutrición enteral	Unidad				2.510	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	95	2489	CONTENEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDOS DE 500 CC.	Adaptable a bomba de infusión Kangaró c/ líneas correspondientes, p/ nutrición enteral	Unidad				2.511	
Unidad de Nutricion	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	96	11383	BOTELLA PLASTICA SEMIRRIGIDA PARA NUTRICION ENTERAL	Botella de PVC o derivados del vinilo de grado medico,semirrigida,descartable capacidad de 500 ml,graduado cada 50 ml,color natural transparente para conservacion y administrcion de nutricion enteral.De boca ancha con tapon de rosca, listos para conectar a la linea de administracion a traves de adaptadores de rosca, otros a traves de una terminal a rosca o de aguja perforadora. Con soporte para colgar en la base	Unidad			RCA N°058-008/2020 FECHA 2//07/2020	2.512	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	97	11312	CONTENEDORES DE PLASTICO RIGIDOS DE 500 CC	Adaptable a bomba de infusión Kangaró c/ líneas correspondientes, p/ nutrición enteral	Unidad			RCA N°065-016/18	2.513	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	98	10023	COPA DESCARTABLE PARA MEDICAMENTOS DEL NEBULIZADOR ULTRASÓNICO	Adaptable a Nebulizador Nebsonic del respirador NEWPORT - E500 similar cód. CUP 551P , Caja x 30 Unidades	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.514	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	99	9130	DESGASIFICADOR EN LÍNEA PARA HPLC		Unidad				2.515	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	100	9131	DESGASIFICADOR EN LÍNEA PARA HPLC		Unidad				2.516	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	101	9132	DETECTOR DE ABSORVANCIA UV VIS PARA ESPECTROFOTÓMETRO		Unidad				2.517	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	102	7033	DISPLAY LCD P/ OXIMETRO CRITICARE 504		Unidad				2.518	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	103	3535	DOSÍMETRO PERSONAL MEDIDOR RADIACIONES IONIZANTES	Acero Inoxidable	Unidad				2.519	
UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	104	4466	EL 0247 LÁMPARA DE 26 V		Unidad				2.520	
Serv. Cirugía Vascular Periférica.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	105	7282	ELECTRODO ADULTO DESCARTABLE VENTRO TIPO MARTIN D - 78501	Adaptable a Equipo Martin, Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.521	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	106	10024	ENSAMBLE LÍNEA/SENSOR DEL SENSOR (PERMUTADOR) DE CALOR P/RESPIRADOR NEWPORT 2500	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar código HSG 1800A	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.522	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	107	4008	EQ.P/ DETERMINACIÓN DE ELECTROLÍTOS	No Tiene	Unidad				2.523	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	108	9066	EQUIPAMIENTO PARA TEST DE LAL		Unidad				2.524	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	109	3967	EQUIPO AGITADOR P/ LABORATORIO	No Tiene	Unidad				2.525	
AC UTI	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	110	4241	EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE (GASÓMETRO)		Unidad				2.526	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	111	9067	EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LECTURAS MICROBIOLÓGICAS		Unidad				2.527	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	112	9139	EQUIPO CONTROLADOR DE SISTEMAS PARA HPLC		Unidad				2.528	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	113	9069	EQUIPO DE CONTROL DE MARCAPASOS DEFINITIVOS - MINICLINIC	P/ Medición De Frecuencia, Anchura De Pulso, Sensibilidad, Largo E Intervalo De Pulso	Unidad				2.529	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	114	10025	FIADOR DE HILO DE CALENTAMIENTO (1,5 M) REUTILIZABLE	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - cód. 84 11 050	SET			RCA N° 064-044/07	2.530	
CVP	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	115	9721	FILTRO BACTERIANO ADAPTABLE P/EQUIPO PURITTAN BENNET	Adaptable a Equipo Purittan Bennet Mod. 7200	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.531	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	116	10026	FILTRO BACTERIANO ADULTO AUTOCLAVABLE PARA RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 33987	Unidad			RCA N°064-044/07	2.532	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	117	10027	FILTRO CONTRABACTERIA (DESECHABLE) INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar código FTL 1801 O; Caja x 50	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.533	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	118	7663	FOCO PRISMÁTICO CON CONECCIÓN P/ CABLE DE LUZ DE FIBRA DE VIDRIO		Unidad				2.534	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	119	2643	FRONTOLUZ	C/ Luz Fria Y Cable De Fibra Optica	Unidad				2.535	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	120	9743	GENERADOR DE MARCAPASO TEMPORARIO EXTERNO BICAMERAL, UNI ó BIPOLAR	Obs:Para uso permanente de los servicios de Terapia (UTI,UCO y TIM) con Catéter Uni ó Bipolar 7 French.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.536	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	121	9744	GENERADOR DE MARCAPASO TEMPORARIO EXTERNO UNICAMERAL, UNI ó BIPOLAR	Obs:Para uso permanente de los servicios de Terapia (UTI,UCO y TIM) con Catéter Uni ó Bipolar 7 French.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.537	
Cardiocir	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	122	6027	GENERADOR DE MARCAPASOS TEMPORARIO		Unidad				2.538	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	123	10028	HUMIDIFICADOR " F& P " PARA MR 850 ALU - PARA RESPIRADOR SAVINA - DRAGUER MEDICAL	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. OPC 0529	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.539	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	124	3832	HUMIDIFICADORES P/ BALÓN DE OXÍGENO C/ TOMA DISS		Unidad				2.540	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	125	9152	INTERFACE DE COMUNICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL HPLC CON LA PC		Unidad				2.541	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	126	4360	JUEGO DE TUBO DE BOMBA COD. BP 5027. EQ. EXPRESS (REPUESTO)	No Tiene	Unidad				2.542	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	127	8008	KI DE TUBO PRECALENTADOR. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673256	KIT			Res.N° 072-003/05	2.543	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	128	2751	KIT ARTERIAL (LÍNEA ARTERIAL)	Adaptable A Monitor Omeda Datex	Kit				2.544	
UTI Adultos	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	129	10029	KIT CIRCUITO PACIENTE DE 72" ADULTO, REUTILIZABLE	Adaptable a respirador AVEA (Vyasys)	KIT			RCA N° 064-044/07	2.545	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	130	10030	KIT CIRCUITO PACIENTE NEONATAL REUTILIZABLE	Adaptable a respirador AVEA (Vyasys)	KIT			RCA N° 064-044/07	2.546	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	131	9484	KIT DE JERINGA DESECHABLE P/BOMBA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE	Para estudios de Angiotomografía	Kit			Res.N° 035-048/06	2.547	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	132	9712	KIT PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO P/MONITOR NIHON KOHDEN	Adaptable a Eq. Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.548	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	133	5895	LÁMPARA DE HALÓGENO P/ MICROSCOPIO 12V 50W (ZEISS) AXIOPHOT	No Tiene	Unidad				2.549	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	134	5896	LÁMPARA DE HALÓGENO P/ MICROSCOPIO 6V 20W (ZEISS - OLIMPUS)	No Tiene	Unidad				2.550	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	135	6713	LÁMPARA DE HALÓGENO PARA FUENTES DE LUZ DE ENDOSCOPÍA	De 15 V - 150 W. P/ Endoscopios De Fibra	Unidad				2.551	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	136	4391	LÁMPARA DE MERCURIO HBO 50W MICROSCOPIOZEISS-AXIOPHOT)	No Tiene	Unidad				2.552	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	137	4392	LÁMPARA DE TUNGSTENO	P/ Espectronic 21 D 6,7V 10W	Unidad				2.553	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	138	6714-1	Lampara de Xenon 150 watts o mas para fuente de luz Olympus	Compatible con los equipos de la Institución	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	2.554	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	139	6714-2	Lampara de Xenon 150 watts o mas para fuente de luz Fujinon	Compatible con los equipos de la Institución	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	2.555	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	140	5955	LÁMPARA P/ MICROSCOPIO OLIMPUS CHT 120V 20W		Unidad				2.556	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	141	9088	LECTOR FISCHER PARA COLONIAS		Unidad				2.557	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	142	5553	LENTES P/ MICROSCOPIO	Aumentos De: 10X-40X- 60X-100X	Unidad				2.558	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	143	9323	LÍNEA DE INFUSIÒN ADAPTADO A ALARIS IMED COD. 2220 Y 2280.		Unidad				2.559	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	144	7034	LÍNEAS DE MUESTREO HEWLLET PACKARD	Mod. 1658 A	Unidad				2.560	
TODOS LOS SERVICIOS DE INTERNADOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	145	9324	Linea de bajada para Nutrición Parenteral	Descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de liquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona (de calidad), con regulador de flujo, inyector lateral, con entrada a rosca. Libre de pirógenos y de DEHP, LATEX. Para bomba en comodato.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-002/19	2.561	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	146	9325	LÍNEAS P/ NUTRICIÓN ENTERAL ADAPTABLE A BOMBA DE INFUSIÓN NUTRIMAT II		Unidad				2.562	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	147	2493	LÍNEAS P/CONTENEDORES KANGARO DE 600 CC	Líneas Adaptables A Bombas De Infusiòn Tipo Kangaroo De 600 Cc C/ Rosca.	Unidad				2.563	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	148	6411	LLAVE LIGA-DESLIGA P/ MÁQUINA DE ANESTESIA TAKAOKA		Unidad				2.564	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	149	9159	LLAVE SELECTORA P/ FILTRO VALVULAR TAKAOKA	Mod. 3306	Unidad				2.565	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	150	4102	LUBRICATION KIT .EQ. EXPRESS	Cod. 144798. (Insumos)	Unidad				2.566	
Serv. Cirugía Vascular Periférica.	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	151	7283	MANGO P/ELECTROBISTURÍ TIPO MARTIN D - 78532, C/CABLE CONECTOR Y BOTON PULSADOR	Adaptable a Equipo Martin, Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.567	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	152	3812	MANGUERA SILICONADA	Equivalente a 20 metros,siliconada,flexible	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.568	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	153	6337	MANGUERA SILICONADA DE ASPIRACIÓN	No Tiene	Aerosol				2.569	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	154	7358	MANÓMETRO DE PRESIÓN	Elaborado en material de acero inoxidable, con capacidad de presión de 500 a 2000. Vidrio altamente resistente con indicadores bien visualizables, regulador de Oxígeno Incluído, para sistema de distribución ó red.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.570	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	155	5991	MANÓMETRO P/OXIDO NITROSO	Para balón	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.571	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	156	7099	MANÓMETRO PARA AIRE COMPRIMIDO	Para sistema de distribución ó red.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.572	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	157	3827	MANÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	Ajustado a 3,5 Kg/cm2 ó PSI, Válvula de sobre presión como seguridad y conexión Diss. Humidificador con rosca interna metálica, debe ser compatible con la mascarilla de nebulización.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.573	
UTI Adulto	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	158	10031	MEMBRANA PARA VÁLVULA EXHALATORIA	Adaptable a respirador SAVINA	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.574	
UTI Adulto	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	159	10032	MICROFILTRO PARA RESPIRADOR DRAGUER - SAVINA	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 67 37 545	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.575	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	160	4432	MICROSCOPIO BINOCULAR	No Tiene	Unidad				2.576	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	161	9161	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.577	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	162	9162	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA NIHON KODEN		Unidad				2.578	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	163	9163	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA SIEMENS		Unidad				2.579	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	164	7359	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA P/HEWLET PACKARD	Adaptable a Eq.Hewlet Packard - similar a Cat.N° M1002b	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.580	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	165	9711	MÓDULO DE MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO P/MONITOR NIHON KOHDEN	Adaptable a Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.581	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	166	9164	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.582	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	167	9165	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NIHON KODEN		Unidad				2.583	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	168	7360	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA P/HEWLET PACKARD	Adaptable a Eq.Hewlet Packard (N° de parte M1008B)	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.584	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	169	9166	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA SIEMENS		Unidad				2.585	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	170	9167	MÓDULO DE SATUROMETRÍA SIEMENS		Unidad				2.586	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	171	7361	MÓDULO DE SATUROMETRÍA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.587	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	172	9169	MÓDULO DE SATUROMETRÍA NIHON KODEN		Unidad				2.588	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	173	9716	MÓDULO PARA GASTO CARDÍACO Y 4 PRESIONES INVASIVAS P/EQUIPO DRAGUER	Adaptable a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.589	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	174	9168	MÓDULO DE SATUROMETRÍA SPO2 P/HEWLET PACKARD	Adaptable a Monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.590	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	175	7362	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR HEWLET PACKARD	Adaptable a Eq.Hewlet Packard (N° de parte M1006B)	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.591	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	176	9170	MÓDULOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR LIFE SCOPE 9		Unidad				2.592	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	177	2767	MÓDULOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR NIHON KODEN	Módulos de PA pediátrico adaptable a monitor SPACE LABS	Unidad				2.593	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	178	9171	MÓDULOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR SIEMENS		Unidad				2.594	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	179	4450	MOTOR TRACK 1453X128. EQ. EXPRESS (REPUESTO)		Unidad				2.595	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	180	10033	NEBULIZADOR DE MEDICAMENTOS P/VENTILADORES DRAGUER	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 12 935	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.596	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	181	6362	NIPLES C/ CONECCIÓN DISS P/ NEBULIZACIÓN C/O2		Unidad				2.597	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	182	9328	NIPLES P/ CONECCIÓN A MANGUERA FLEXIBLE TIPO DISS		Unidad				2.598	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	183	3657-1	OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO .	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A MACHI II.	Kit				2.599	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	184	3657-2	OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO- MODELO SAMS 2	KIT				2.600	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	185	5595-1	OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos. ADAPATABLE A TERUMO- MODELO SAMS 2.	KIT				2.601	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	186	5595-2	OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A MACHI II.	KIT				2.602	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	187	9172	OXIGENADOR DE FIBRAS HUECAS CON RESERVORIO RÍGIDO NEONATAL ADAPTABLE A LA MAQUINA IC 4 , CON SU BANDEJA Y SOPORTE.	Policarbonato, polipropileno microporoso. Flujo sanguíneo Mín: 0,1 L/min; Máx: 1,5 L/min. Conector de entrada sanguínea (desde la bomba) 1/4" (6,4 mm). Conector de salida sanguínea 1/4" (6,4 mm). Prime c/ 45 a 50 ml, reservorio venoso 1.200 ml.	Kit			Res. Nº 120-007/10. Mod. Res.Nº 046-006/11	2.603	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	188	5594-1	OXIGENADOR A MEMBRANA PEDIÁTRICO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO-MODELO SAMS 2. Rango: Como mínimo a 15 (quince) Kilo gramos o más. Presentación Kit.	KIT			RCA: N° 049-009/13	2.604	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	189	5594-2	OXIGENADOR A MEMBRANA PEDIÁTRICO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO-MODELO SAMS 2. Rango: De 0 (cero) a 10 (diez) Kilo gramos. Presentación Kit.	KIT			RCA: N° 049-009/13	2.605	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	190	4481	PANELES DE CÉLULAS P/ T/ DE ANTICUERPOS(DE 3 CÉLULAS Y 11CÉLULAS)	No Tiene	Unidad				2.606	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	191	10034	PAPEL DE FILTRO ANTIBACTERIANO TIPO " F & P " PARA CÁMARA MR 340	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 11 073	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.607	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	192	10035	PAPEL DE FILTRO ANTIBACTERIANO TIPO " F & P " PARA CÁMARA MR 370	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 12 218	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.608	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	193	5993	PAPEL P/ ESPIRÓMETRO 50005	Papel Tipo 50005 Adaptable A Espirómetro 110 X 45 Cm. Rollo	Unidad				2.609	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	194	3644	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z TERMOSENSIBLE	Modelo FQW 210-3-140 210 mm X 30 m, adaptable a equipo Nihon Kohden mod. 9132 K	Unidad			Res.Nº 053-025/08	2.610	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	195	9864	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 209 mm X 150 mm Aprox. Doblado en "Z"	Adaptable a electrocardiógrafo Cardiocare modelo EKG 2000	Block			Res N° 022-029/07	2.611	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	196	3645	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 63 mm DE ANCHO.	Alta densidad, largo de 30 a 50 mt. En rollos.-	Unidad			RES N° 038-022/08	2.612	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	197	9863	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 CANALES	Adaptable a Equipo Cardiette Daedalius 346 tipo Dott Card	Block			Res N° 022-029/07	2.613	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	198	5863	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA P/12 CANALES	Doblado En Z	Unidad				2.614	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	199	9329	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA P/3 CANALES DOBLADO EN Z	Adaptable A Ecg Marca Hewlett Packard (Page Write 100)	Unidad				2.615	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	200	5862	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA 6 CANALES	Doblado e "Z"	Unidad				2.616	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	201	5447	PAPEL PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA	Papel Para Electroencefalografía En Z, Formulario Contínuo De 24,5Cmx30Cm	Unidad				2.617	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	202	4786	PAPEL PARA ERGOMETRÍA	Tipo Dot Card 660 100 22 P/ Ergometría (Cardiete 346). Y Ecocardiografía	Unidad				2.618	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	203	9929	PAPEL PARA ESPECTROFOTÓMETRO 50 cm X 30 cm	Rollo para papel adaptable a Equipo Espectrofotómetro Marca LARQUEST Tamaño 50 (+ - 5) cm long. X 30 cm Ancho.-Presentación: rollo	Unidad			RCA N° 027-077/07	2.619	
Hospitales Area Interior	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	204	3088	PAPEL PARA MONITOREO FETAL		Unidad				2.620	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	205	9865	PAPEL PARA MONITOREO FETAL 21,6 cm DE ANCHO APROXIMADO	Adaptable a Equipo Fetalcare-Bionet FC 700 - Perinatología	Rollo			Res N° 053-024/08	2.621	
Servicio Endoscospía Digestiva	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	206	7226	PAPEL PARA VIDEO PRINTER CON RIBBON PARA USO DE VIDEO ENDOSCOPÍA.	Para equipo Sony Upc - 21 L 4 paquetes de papel de 50 unidades c/u con 4 ribbon.	Kit			RCA N° 052-026/07	2.622	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	207	3089	PAPEL PARA VIDEO PRINTER DE ALTA DENSIDAD	Tipo Uvp-1100 Hd -850	Unidad				2.623	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	208	9330	PAPEL PARA VIDEO PRINTER P/ EQUIPO MITSUBISHI P4 OU		Unidad				2.624	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	209	3634	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE 4,5 CM DE ANCHO	Adaptable a Equipos en uso en Periféricas, Interior y H.C.	Rollo			Res N° 022-029/07	2.625	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	210	9944	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE 5 CM DE ANCHO	Adaptable a Equipos de la Marca CARE WELL, Modelo EKG 2000 utilizados en Hospital Central, Area Central y Area Interior.	Rollo			Res. N° 044-014/07	2.626	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	211	9862	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE 6 CM DE ANCHO	Adaptable a Equipo Cardiette de 1 canal tipo (AR 600 ADV - NP 320099463)	Rollo			Res N° 022-029/07	2.627	
Hospitales Area Interior	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	212	9930	PAPEL TERMOSENSIBLE STANDARD P/EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	Rollo de papel termosensible Standard, Adaptable a equipo Analizador de Electrolitos Marca AADEE - CAT AADEE0020. Presentación: rollo	Unidad			RCA N° 027-077/07	2.628	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	213	9331	PERFUS ADAPTADO A LA BOMBA DE INFUSIÓN TIPO GEMINI		Unidad				2.629	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	214	7035	PILA ALCALINA 9V		Unidad				2.630	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	215	9176	PILA ALCALINA AA		Unidad				2.631	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	216	8875	PINZA ÓPTICA CUCHARA P/ BIOPSIA DE 4,3 MM DIÁM.	P/Telescopio	Unidad				2.632	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	217	8876	PINZA ÓPTICA P/ PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.633	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	218	8877	PINZA ÓPTICA P/ PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.634	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	219	8878	PINZA ÓPTICA TIPO COCODRILO P/ CUERPO EXTRAÑO C/ DISPOSITIVO ANTIVAHO, MORDAZA GRANDE	P/Telescopio	Unidad				2.635	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	220	8879	PINZA ÓPTICA TIPO COCODRILO P/ CUERPOS EXTRAÑOS DUROS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.636	
OTORRINO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	221	8880	PINZA ÓPTICA TIPO COCODRILO P/CUERPOS EXTRAÑOS DUROS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.637	
GASTROENTEROLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	222	9367	PINZA P/ BIOPSIA P/ EQUIPO DE VIDEORECTOSIGMOIDEOSCOPIO	Flexible	Unidad				2.638	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	223	7102	PLACA REMM P/ ELECTROBISTURÍ C/ CABLE PEDIÁTRICO	Adaptable a electrobisturí Valleylab Forceps II, descartable.	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.639	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	224	3043	PLACA REMM P/ELECTROBISTURÍ C/CABLE ADULTO	Adaptable a electrobisturí Valleylab Forceps II, descartable.	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.640	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	225	4523	PROBE DRIVE BELT. EQ. EXPRESS. (REPUESTO)	Cod. 23371.	Unidad				2.641	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	226	4521	PROBE HORIZONTAL DRIVE BELT. (REPUESTO)	Cod. 23282	Unidad				2.642	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	227	5664	PROBE TIP ASSY(ASASY)	Cod. 1753X 105 8Repuesto)	Unidad				2.643	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	228	4522	PROBE VERTICAL DRIVE BELT. COD. 23234. (REPUESTO)		Unidad				2.644	
Cardiocirugía	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	229	2496	PROLONGADOR CON CONEXIÓN A ROSCA	Prolongador Arterial Adaptable A Línea Arterial Ohmeda	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	2.645	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	230	4637	PUMP TUBE CASSETTE T W0	P/ Eq. Ciba Corning644	Unidad				2.646	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	231	9178	PUNTAS Y MECHAS P/ DRILL		Unidad				2.647	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	232	9091	ROTAVAPOR CON CIRCULADOR DE AGUA Y BOMBA DE VACÍO		Unidad				2.648	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	233	7017	SENSOR DACTILAR ADULTO ADAPTABLE A OXÍMETRO CRITICARE	Sensor tipo pinza de saturometría reutilizable adaptable a oxímetro Criticare	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.649	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	234	7015	SENSOR DACTILAR ADULTO CLIP TIP DATEX OMHEDA		Unidad				2.650	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	235	7016	SENSOR DACTILAR ADULTO P/ CAPNOGRADO HEWLLET PACKARD		Unidad				2.651	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	236	7018	SENSOR DACTILAR ADULTO P/ OXÍMETRO NIHON KHODEN		Unidad				2.652	
UTI Adultos	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	237	10036	SENSOR DACTILAR DESCARTABLE ADULTO PARA SATUROMETRÍA ADAPTABLE A MONITOR DRAGUER		Unidad			RCA N° 064-044/07	2.653	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	238	7019	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO ADAPTABLE A EQUIPO DATEX OMHEDA		Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.654	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	239	7021	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO ADAPTABLE A OXÍMETRO CRITICARE	Sensor tipo pinza pediátrico adaptable a oxímetro Criticare	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.655	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	240	7022	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO ADAPTABLE A OXIMETRO NIHON KHODEN	Adaptable a monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.656	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	241	7020	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO P/ CAPNOGRADO HEWLLET PACKARD		Unidad				2.657	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	242	7023	SENSOR DE FLUJO DESCARTABLE ADAPTABLE A MÁQUINA DE ANESTESIA OMHEDA	Adaptable a Modelo 7100 y a Modelo de parte 1503-3855-000 y 1503-3858-000	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.658	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	243	10037	SENSOR DE FLUJO TIPO "HOT WIRE" P/ RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 51000 - 40081	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.659	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	244	10038	SENSOR DE FLUJO TIPO SPIROLOG	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 03 735	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.660	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	245	7024	SENSOR DE OXÍGENO ADAPTABLE A MÁQUINA DE ANESTESIA OMHEDA	Adaptable a Equipo Ohmeda Cod. MAX 10 y cat N° 76004110	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.661	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	246	10040	SENSOR DE OXÍGENO P/RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 16045	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.662	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	247	10039	SENSOR DE OXÍGENO P/RESPIRADOR NEWPORT - E500	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar a cód. RI25PO3-002	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.663	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	248	10041	SENSOR DE OXÍGENO TIPO OXYTRACE	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. MX 01049	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.664	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	249	9731	SENSOR DE TEMPERATURA P/ INCUBADORA TIPO AIRLS SHIELDS	Adaptable a Equipo AIRLS SHIELDS	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.665	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	250	7025	SENSOR DE TEMPERATURA P/ INCUBADORA TIPO MEDIX	Adaptable a Equipo MEDIX	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.666	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	251	7026	SENSOR PARA SATURÓMETRO OMHEDA		Unidad				2.667	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	252	6274	SENSOR PARA SATURÓMETRO PEDIÁTRICO SPACE LABS	Sensor Para Saturómetro Pediátrico Spacelabs Adaptable A Hp	Unidad				2.668	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	253	6275	SENSOR PARA SATURÓMETRO TL NIHON KODEN		Unidad				2.669	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	254	7027	SENSOR PARA SERVOCUNA TIPO MEDIX - AIRLS SHILDS		Unidad				2.670	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	255	7028	SENSORES P/ SATURÓMETRO DIGITAL DE OXÍGENO	Para Equipo Hewlett Packard (Cms 24 Omni Care)	Unidad				2.671	
UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	256	9093	SERVOCUNA AIR SHIELDS (PIPS)		Unidad				2.672	
UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	257	2900	SERVOCUNA MEDIX (PIPS)	Luminoterapia, termómetro digital, chasis p/ R X.	Unidad				2.673	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	258	10042	SET DE FILTROS DE AIRE, PARA POLVO	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 - 14 057	SET			RCA N° 064-044/07	2.674	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	259	2781	SET P/ALIMENTACIÓN ENTERAL ADAPTABLE A BOMBA ABBOTT .	Línea de infusión adaptable a bomba Abbot con contenedor flexible	Unidad				2.675	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	260	2497	SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL PARA BOMBA NUTRIMAT II	Intrafix Enteral Adaptables A Bomba De Infusión Nutrimat II	Unidad				2.676	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	261	2871	SET PARA NUTRICIÓN PARENTERAL PARA BOMBA TERUMO	Línea De Bajada Adaptable A Bomba De Infusión Terumo	Unidad				2.677	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	262	2780	SET PARA NUTRICIÓN PARENTERAL PARA BOMBA ABBOT	Pump Set Macro Adaptado P/Bomba De Infusión Parenteral	Unidad				2.678	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	263	2494	SET PARA NUTRICIÓN PARENTERAL PARA BOMBA NUTRIMAT II	Línea De Bajada Adaptable A Bomba De Infusión Nutrimat Ii	Unidad				2.679	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	264	3430	SILLA DE RUEDAS		Unidad				2.680	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	265	10044	SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 50000 - 40035	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.681	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	266	10043	SOPORTE FILTRO BACTERIANO	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 51000 - 40640	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.682	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	267	3833	SOPORTE METÁLICO PARA SUERO	De Acero Inoxidable ó Cromado con rueditas, de altura regulable, con cuatro ganchos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.683	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	268	10045	TAZON , TRAMPA DE AGUA	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar a cód. CUP 1800P/CUP1803M	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.684	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	269	9745	TELESCOPIO DE VISIÓN FRONTAL 0° DE 4 MM DE DIÁMETRO, 53 CM DE LONGITUD	Acero Inoxidable. Con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado, adaptable a Equipo Storz	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.685	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	270	9746	TELESCOPIO DE VISIÓN OBLICUA 30° DE 4 MM DE DIÁMETRO	Con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado, adaptable a Equipo Storz	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.686	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	271	4956	TINTA PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO		Unidad				2.687	
UTI Adulto	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	272	10046	TRAMPA DE AGUA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA RESPIRADOR	Adaptable a respirador SAVINA	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.688	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	273	10047	TRAMPA DE AGUA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 33985	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.689	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	274	6408	TRAMPAS DE AGUA ADAPTABLES A HEWLET PACKARD	Adaptable a Equipo Modelo M 165A	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.690	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	275	9910	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN CUADRADA	Conector Tipo ST - 33, estéril, reutilizable, adaptable a Equipos en stock en el H.C. IPS	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.691	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	276	3666	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA	Conector Tipo DT 4812, estéril, reutilizable, adaptable a Equipos en stock en el H.C. IPS	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.692	
Cardiocir	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	277	9365	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA	Con Linea Arterial Y Venosa En Sistema Cerrado Adaptable A Equipo Hewlett Packard (Cms 24 Omni Care)	Kit				2.693	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	278	9180	TUBO DE VIDICÓN PARA ARCO EN C Y ESCOPÍA		Unidad				2.694	
UTI PEDIÁTRICO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	279	7365	TUBULADURA CORRUGADA PARA RESPIRADOR NEONATAL	Adaptable a respiradores AVEA - ViASYS, NEWPORT E 500- reesterilizable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.695	
UTI PEDIÁTRICO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	280	7363	TUBULADURA CORRUGADA PARA RESPIRADOR PEDIÁTRICO	Adaptable a respiradores SAVINA,DRAGUER, reesterilizable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.696	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	281	7364	TUBULADURA CORRUGADA PARA RESPIRADORES ADULTO	Siliconada, reutilizable, autoclavable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.697	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	282	9184	TUBULADURA (ADAPTABLE A RESPIRADOR BIRD) SIN TRAMPA DE AGUA	P/ Uso Adulto	Unidad				2.698	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	283	7366	TUBULADURA (ADAPTABLE A RESPIRADOR BIRD) SIN TRAMPA DE AGUA	P/ Uso Pediátrico	Unidad				2.699	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	284	7367	TUBULADURA ADAPTABLE (P/RESPIRADOR NEWPORT) S/ TRAMPA P/ AGUA.		Unidad				2.700	
Quirófanos del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	285	11478	CIRCUITO EXTERNO PARA ANESTESIA	Circuito anestésico hechos de LDPE (Polietileno de baja densidad) con aditivo de plata, para pacientes de mayor de 20kg en adelante, longitud 1,8 m en tubo corrugado estándar unida en un extremo con los conectores al equipo de PE (polietileno) con aditivo de plata para mejor agarre con el fin de evitar fugas de gases y por el otro extremo en una pieza en Y paralela plana de k-resin con aditivo de plata con codo de SBC (Estireno Butadieno Copolímero) al paciente con puerto de capnografía y mini filtro bacteriano con puerto de capnografía HME con longitud adicional de extremidad 0,8 m en tubo corrugado estándar con bolsa de respiración libre de látex desmontable de 3,0 litros con línea de muestreo de gas de 3,0 m de longitud con mascarilla facial ultrasparente tamaño 5. Uso universal adaptable a todas las marcas o compatible con máquina de anestesia	Unidad		Kit	R.C.A.Nº 097-004/2020	2.701	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	286	9185	TUBULADURA CORRUGADA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA CON CONEXIÓN EN "Y"	Adultos y pediátrico, estéril, PVC corrugado	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.702	
UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	287	9186	TUBULADURA P/ RESPIRADOR ADAPTABLE A SISTEMA PURITAN BENNETT (PROPIEDAD DEL IPS) SIN TRAMPA PARA AGUA (UTIA)		Unidad				2.703	
UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	288	9187	TUBULADURAS CORRUGADAS RESPIRADOR NEWPORT		Unidad				2.704	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	289	7368	TUBULADURAS CORRUGADAS RESPIRADOR SECHRIST ADULTO PEDIÁTRICO		Unidad				2.705	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	290	7370	TUBULADURAS CORRUGADAS RESPIRADOR SECHRIST NEONATAL		Unidad				2.706	
UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	291	10048	VÁLVULA RESPIRATORIA PARA VENTILADORES DRAGUER - SAVINA	Adaptable a respirador DRAGUER, SAVINA, similar a cód. 84 13 660	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.707	
TODOS LOS SERVICIOS DE INTERNADOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	292	11100	Jeringa con linea de Extensión, para Infusor a Jeringa	Descartable, jeringa para uso en adultos, pediatría y neonatos, aplicación parenteral parenteral con su correspondiente linea de extensión para infusor. Tamaño de la jeringa de 60 ml. Libre de pirógenos y de DEHP, LATEX. Para bomba en comodato.	Unidad		Set	R C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 036-002/19	2.708	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	293	11101	Bombas de infusión a volumétrica	Cálculo automático de tasa de entrega al calcular volumen entregado sobre tiempo. Modo de tasa dosis: cálculo automático de tasa de entrega en ml/h, basado en el dato de concentración de la droga, y la tasa de dosis deseada. (ej. Ml/kg/min). Librería de drogas: hasta 720 nombres de drogas, incluyendo datos de terapia e información que puede ser almacenada en 15 categorías. Valores limites de dosis especificos de acuerdo al tipo de droga. Sofware TCI Y PCA.	Unidad			R C.A. N° 048-009/16	2.709	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		1	11132	ADAPTADOR PARA ECG NEONATO	Adaptador de electrodo, para conectar electrodos neonatales a MultiMed pod.	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.710	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		2	11133	ALAMBRE DE ACERO 1,5 M.	Alambre guia para el calentador de circuitos respiratorios, de 1,5 m, para circuitos respiratorios reusables	DRAGUER - SAVINA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.711	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		3	11134	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL NEONATAL	Dispositivo para control de presión arterial para neonato de dos salidas	DATEX OHMEDA - CARDIOCAP/5-CARESCAPE		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.712	
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		4	11135	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 3 NEONATAL	Puntera NIBP, desechable, recién nacido , tamaño de 3; 5,8 - 10,9 cm.	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.713	
NEONATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA, ENDOVASCULAR	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		5	11136	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 3 NEONATAL	Dispositivo neonatal N° 3 descartable libre de latex vinilo suave para pieles sensibles y manguera simple con circunsferencia de 5,8 a 10,9 cm., de ancho del manguito 4,2 cm. y largo 10,0 cm. +/- 0,5 cm.	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.714	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		6	11137	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 4 NEONATAL	Dispositivo NIBP desechable recién nacido, tamaño 4; 7.1 - 13.1 cm	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.715	
NEONATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		7	11138	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 4 NEONATAL	Dispositivo neonatal N° 4 descartable libre de latex vinilo suave para pieles sensibles y manguera simple con circunsferencia de 7,1 a 13,1 cm., de ancho del manguito 5,1 cm. y largo 11,9 cm. +/- 0,5 cm.	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.716	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA, CARDIOCIRUGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		8	11139	CABLE INTERFASE PARA E.C.G. DE 3 VÍAS	Cable interfase para cable paciente de ECG de 3 vías reutilizable compatible con monitores multiparamétrico	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.717	
TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA, CARDIOCIRUGIA, NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		9	11140	CABLE INTERFASE PARA PRESION INVASIVA	Cable de interfase para presión invasiva reutilizable compatible con monitores multiparamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.718	
CARDIOCIRUGIA, ENDOVASCULAR, UNIDAD CORONARIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		10	11141	CABLE PACIENTE PARA BALON DE CONTRAPULSACION	Cable paciente reutilizable compatible con balón de contrapulsación	DATASCOPE - GENERICO		BALON DE CONTRAPULSACION	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.719	
TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA, CARDIOCIRUGIA, NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		11	11142	CAMARA DE HUMIDIFICADOR ADULTO	Cámara humidificadora F & P MR 370, reutilizable, Adulto	DRAGUER - SAVINA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.720	
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		12	11143	CAMARA DE HUMIDIFICADOR PEDIATRICO	Cámara humidificadora F & P MR 340, reutilizable, Neonato y Pediatrico	DRAGUER - SAVINA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.721	
QUIROFANO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		13	11144	CANULA PARA CAPNOGRAFIA	Cánula para toma de muestra de Capnografía compatible con Monitores Multiparamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.722	
QUIROFANO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		14	11145	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECANICA CON GRAPA CURVA 45 MM	Cartucho de recarga de sutura para recto bajo de 45 mm - 4,8 mm, carga verde	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL INSTRUMENTAL EN COMO DATO		GRAMPADORA	RCA: N° 081-002/17	2.723	
QUIROFANO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		15	11146	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECANICA 45 MM	Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 45 mm. De longitud, articulada, carga púrpura, Con 3 hileras de grapas de 3 mm; 3.5 mm. y 4mm. De altura de la grapa, para tejidos gruesos	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL INSTRUMENTAL EN COMO DATO		GRAMPADORA	RCA: N° 081-002/17	2.724	
QUIROFANO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		16	11147	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECANICA 60 MM	Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 60 mm. De longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3 mm; 3.5 mm. y 4mm. De altura de la grapa, para tejidos gruesos	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL INSTRUMENTAL EN COMO DATO		GRAMPADORA	RCA: N° 081-002/17	2.725	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		17	11148	CASSETTE EXHALATORIO	Casstte Exhalatorio compatible con ventilador pulmonar	MAQUET - SERVO-S		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.726	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		18	11149	CASSETTE PARA VITREOFAGO	Casstte completo de conjunto de tubos I/A y bolsa colectora del líquido aspirado. Linea de irrigación con cámara de goteo. Cubre pantalla. Cubre bandeja.	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.727	
TOMOGRAFIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		19	11131	CONECTOR DE 90° Y PICO CONECTOR PARA BOMBA	Tubo conector para set de jeringa desechable, para las bombas de inyección de contraste, de baja presión con llave de paso y válvula de cierre.	MEDRAD - SPECTRYS SOLARIS		BOMBA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE	RCA: N° 081-002/17	2.728	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		20	11150	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	CONTEX - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.729	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		21	11151	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	BIOLIGHT(BLT) - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.730	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		22	11152	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	MINDRAY - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.731	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		23	11153	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	DRAGUER - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.732	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		24	11154	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	NIHON KOHDEN - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.733	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		25	11155	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	SPACE LABS - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.734	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		26	11156	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	PHILIPS - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.735	
	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		27	11157	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	MEK - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.736	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		28	11158	CUCHILLA PARA ESCLEROTOMIA 20 G	Cuchilla para esclerotomía de 20 G con mango y punta angulada	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.737	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		29	11159	DIAFRAGMA PORTILLO	Diafragma para Portillo reutilizable compatible con incubadoras.	MEDIX - GENERICO		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.738	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		30	11160	FILTRO BACTERIANO PARA VENTILADOR	Filtro Bacteriano compatible con ventiladro pulmonar	MAQUET - SERVO-S		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.739	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		31	11161	FILTRO BACTERIANO TIPO HME PARA VENTILADOR	Filtro Bacteriano tipo HME compatible con ventiladro pulmonar	MAQUET - SERVO-S		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.740	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		32	11162	FILTRO DE ENFRIAMIENTO	Filtro de enfriamiento compatible con ventilador pulmonar	VERSAMED - INVENT 201		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.741	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		33	11163	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE	Filtro de entrada de aire compatible con ventilador pulmonar	VERSAMED - INVENT 201		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.742	
TERAPIA INTENSIVA, NUTRICION	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		34	11164	FILTRO HEPA	Filtro absoluto HEPA (alta eficiencia en partículas de aire) compatible con cabina de flujo laminar marca Trock. Dimensiones: filtro Hepa, LH mini pliegue, plano 1220 x 610 x 78 mm. Estructura Marco de Chapa galvanizada o aluminio. Medio filtrante de papel de micro fibras de vidrio, plegadas y distanciadas por medio de separadores que posean borde replegado.Eficacia: 99, 999% DOP sobre 0,3 micrones. Filtro HEPA clase H 14. Baja caida de presión.	GENÉRICO - 1220 X610X78 MM		CABINA DE FLUJO LAMINAR	RCA: N° 081-002/17	2.743	
HOSPITAL DIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		35	11165	FILTRO HEPA	Filtro absoluto HEPA (alta eficiencia en partículas de aire) para flujo laminar Alexander.Dimensiones: filtro Hepa, LH mini pliegue, plano 610 x 305x78 mm. Estructura Marco de Chapa galvanizada o aluminio. Medio filtrante de papel de micro fibras de vidrio, plegadas y distanciadas por medio de separadores que posean borde replegado.Eficacia: 99, 999% DOP sobre 0,3 micrones. Filtro HEPA clase H 14. Baja caida de presión.	GENÉRICO - 610X305X78 MM		CABINA DE FLUJO LAMINAR	RCA: N° 081-002/17	2.744	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		36	11166	FILTRO PARA INCUBADORA	Filtro de aire para particulas mayores a 0,3 micrones	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.745	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		37	11167	KIT DE EXTRACCION DE FLUIDOS BISCOSOS	Kit de retirada de fluidos biscosos. 19 G	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.746	
TOMOGRAFIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		38	11168	KIT DE JERINGAS Y CONECTORES	Jeringas desechables y conectores para Inyector Electrónico de contraste, con una jeringa de 100 ml. y de otra 200ml,. Un tubo conector en Y de 150 cm. Con válvula de chequeo, un tubo de llenado rápido y punzón.	NEMOTO - GENERICO		BOMBA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE	RCA: N° 081-002/17	2.747	
LABORATORIOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		39	11169	KIT DE SOLUCIÓN PACK	Pack que contiene las soluciones necesarias para realizar los analitos y contiene posteriormente los desechos producidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.748	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		40	11170	KIT DE TROCAR DE UN SOLO PASO	Kit de trocar, un solo paso. 23 G	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.749	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		41	11171	LAPIZ PARA ENDODIATERMIA	Lápiz para endodiatermia 20 G descartable para cauterio	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.750	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		42	11172	LAPIZ PARA ENDODIATERMIA	Lápiz para endodiatermia 23 G descartable para cauterio	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.751	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		43	11173	LAPIZ PARA EXODIATERMIA DESCARTABLE	Lápiz para exodiatermia descartable para cauterio	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.752	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		44	11174	MANGA PORTILLO IRIS	Manga tipo iris para portillo reutilizable compatible con incubadora	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.753	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, NEONATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		45	11175	MANGUERA DE CONEXIÓN PARA PRESION NO INVASIVA 3,7 M	Tubo de conexión para medición de Presión no invasiva NIBP, adulto, 3,7 m.	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.754	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA, PEDIATRIA, ENDOVASCULAR, NEONATOLOGIA CARDIOCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		46	11176	MANGUERA PARA PRESIÓN NO INVASIVA	Manguera extensora interfase para Presión No Invasiva reutilizable compatible con Monitores Multiparampétricos	PHILIPS - GENÉRICO		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.755	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		47	11177	PACK DE VITRECTOMIA	Vitrectomo posterior de alta velocidad, 20 G. Tubo para inyección de aire con filtro. Llave de 2 vías (x 2).	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.756	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		48	11178	PACK DE VITRECTOMIA	Vitrectomo posterior de alta velocidad, 23 G. Tubo para inyección de aire con filtro. Llave de 2 vías (x 2).	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.757	
TERAPIA INTENSIVA, CARDIOCIRUGIA, NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		49	11179	PAPEL ABSORBENTE	Papel de filtro interno para humidificadores F & P MR 370	DRAGUER - SAVINA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.758	
TERAPIA INTENSIVA, CARDIOCIRUGIA, NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		50	11180	PAPEL FILTRANTE	Papel de filtro interno para humidificadores F & P MR 340	DRAGUER - SAVINA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.759	
TERAPIA INTENSIVA, UNIDAD CORONARIA, CIRUGIA INFANTIL, CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS, TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, CIRUGIA VASCULAR, NEUROCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		51	11181	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	Block de papel termosensible en Z de 50 mm. X 100 mm. X 300 hojas, compatible con desfibrilador	NIHON KOHDEN - TEC-5521E		DESFIBRILADOR	RCA: N° 081-002/17	2.760	
TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA,CLINICA MÉDICA, URGENCIAS, ENDOVASCULAR, IMÁGENES, TRAUMATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA, GINECOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		52	11182	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA TERMOSENSIBLE	Rollo de papel termosensible tipo fax de 210 mm. X 30 m. compatiple con electrocardiógrafo	BTL - O 8LC		ELECTROCARDIOGRAFO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.761	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
LABORATORIOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		53	11183	PAPEL PARA EQUIPO DE GASOMETRÍA	Bovinas térmicas de 8 cm. de ancho y altura máxima de 4 cm.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.762	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		54	11184	PARCHE REFLECTORES CUBRE SENSOR	Parches reflectores cubre sensor compatible con sensor de temperatura de piel	MEDIX - GENERICO		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.763	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		55	11185	PASA CÁNULA PARA INCUBADORA	Pasa cánulas compatible con incubadora	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.764	
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGIA Y CARDIOCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		56	11186	PASA CÁNULA PARA SERVOCUNA	Pasa cánulas compatible con servocuna	MEDIX - SM401		SERVOCUNA	RCA: N° 081-002/17	2.765	
OFTALMOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		57	11187	PERFLUOROCARBONO	Kit de perfluoro-N-Octano purificado, 5 ml	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.766	
LABORATORIOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		58	11188	REACTIVO CASSETTE PARA GASOMETRO	Cassette de 300 determinaciones con duración on board de 30 vías, que realice Gases (PO2, PCO2 y pH), Electrolitos (Na, k, Cl y Ca), y parámetros calculados incluidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.767	
LABORATORIOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		59	11189	REACTIVO CASSETTE PARA GASOMETRO QC3 GLU	Cassette de 300 determinaciones con duración on board de 30 vías, que realice Gases (PO2, PCO2 y pH), Electrolitos (Na, k, Cl y Ca), y parámetros calculados incluidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.768	
LABORATORIOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		60	11190	REACTIVO CASSETTE PARA GASOMETRO	Cassette de 50 determinaciones con duración on board de 30 vías, que realice Gases (PO2, PCO2 y pH), Electrolitos (Na, k, Cl y Ca), y parámetros calculados incluidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.769	
LABORATORIOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		61	11191	REACTIVO PARA CONTROL DE CALIDAD	Ampollas de 2 ml. Con rangos establecidos para los equipos AVL80 de los parámetros realizados.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.770	
TERAPIA INTENSIVA, CLINICA MÉDICA, URGENCIAS, TRANSPLANTE	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		62	11192	ROLLO DE PAPEL PARA ELECTRO	Rollo de papel termosensible de 120 mm. X 20 m. compatiple con electrocardiógrafo	CARDIOLINE - AR 1200 ADV		ELECTROCARDIOGRAFO	RCA: N° 081-002/17	2.771	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		63	11193	SENSOR DE OXIGENO	Sensor de oxigeno reutilizable compatible con incubadoras	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.772	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		64	11194	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO	Sensor de Saturación de Oxigeno reutilizable para pacientes adulto compatible con Monitores Multipamétricos	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.773	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA,ENDOVASCULAR, PEDIATRIA, CARDIOCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		65	11195	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO	Sensor de Saturación de Oxigeno reutilizable para pacientes adulto compatible con Monitores Multipamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.774	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, NEONATOLOGÍA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		66	11196	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL	Sensor de Saturación de Oxigeno reutilizable para pacientes neonatales compatible con Monitores Multipamétricos	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.775	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA, NEONATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		67	11197	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL	Sensor de Saturación de Oxigeno reutilizable para pacientes neonatales compatible con Monitores Multipamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.776	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		68	11198	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO	Sensor de Saturación de Oxigeno reutilizable para pacientes pediátricos compatible con Monitores Multipamétricos	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.777	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, CARDIOCIRUGIA, PEDIATRIA, NEONATOLOGIA, ENDOVASCULAR, CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS, ANALGESIA Y ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		69	11199	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO	Sensor de Saturación de Oxigeno reutilizable para pacientes pediátricos compatible con Monitores Multipamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.778	
TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA, CARDIOCIRUGIA, CIRUGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		70	11200	SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITROR CARDIACO	Sonda de temperatura de uso general, reutilizable, adulto, conector de 7 pines	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.779	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA, CARDIOCIRUGIA, ENDOVASCULAR, QUIROFANO, PEDIATRIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		71	11201	SENSOR DE TEMPERATURA	Sensor de temperatura reutilizable compatible con Monitores Multipamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.780	
TODOS LOS SERVICIOS DE INTERNADOS	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		72	11202	Linea de bajada Fotosensible para bomba de infusión.	Descartable opaco para administración de drogas intravenosas y preparados parenterales. Color de set adecuado para lograr la absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente. Con regulador de flujo inyector lateral con entrada rosca. Libre de pirógenos y de DEHP, LATEX. Para bomba en comodato.	Unidad		Unidad	RCA: N° 081-002/17-RCA: N° 036-002/19	2.781	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, NEONATOLOGIA, ENDOVASCULAR	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		73	11203	SOPORTE PARA FILTRO BACTERIANO	Soporte reutilizable para filtro antibacteriano compatible con Ventilar Pulmonar	CAREFUSIÓN - AVEA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.782	
TERAPIA INTENSIVA, CARDIOCIRUGIA, NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		74	11204	VALVULA RESPIRATORIA P/VENTILADORES PULMONARES	Válvula respiratoria para Evita, Infinity V 500. Evita V300, Savina/Savina 300, reutilizable	DRAGUER - INFINITY DELTA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.783	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		75	11205	CALIBRADOR KIT B: Pho X-PLUS EXCLUSIVO	Pack calibrador compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.784	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		76	11206	KIT MEMBRANA pO2, 6/BX: pO2, 6/BX: pHO X-S	Kit Membrana pO2 compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.785	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		77	11207	KIT MEMBRANA pO2, 3/BX: pO2, 6/BX: pHO X-S	Kit Membrana pO2 compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.786	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		78	11208	PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA DE GASÓMETRO, 5 ROLLOS POR PACK (MÍNIMO 2,5 METROS POR ROLLOS)	Papel térmico compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.787	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		79	11209	SOLUCIÓN DESPROTEINIZANTE (CAJA)	Solución desproteinizante compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.788	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		80	11210	KIT DE TUBOS COMPLETO PARA BOMBA COMPATIBLE CON GASÓMETRO.(INCLUYE CONECTOR TBGS)	Bomba compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.789	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		81	11211	DISPOSITIVO PARA CONTROL DE CALIDAD DEpHOX+1-PLUS, 110 DETERMINACIONES POR PAQUETES (3 NIVELES)	Control de calidad compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.790	
NEONATOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		82	11212	DISPOSITIVO PARA CONTROL DE CALIDAD SO2% (10 NIVEL BAJO/10 NIVEL ALTO), 20 DETERMINACIONES POR PAQUETE.	Ampolla de calibración SO2% compatible con gasómetro	NOVA - pHOx		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.791	
ANALGESIA Y ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		83	11213	FILTRO ANTIBACTERIANO	Filtro antibacteriano compatible con máquina de anestesía	TODAS		MÁQUINA DE ANESTESIA	RCA: N° 081-002/17	2.792	
ANESTESIOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		84	11214	TRANSDUCTOR DE PRESION PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA	Transductor de presión invasiva para máquina anestesía.	TODAS		MÁQUINAS DE ANESTESIA	RCA: N° 081-002/17	2.793	
ANESTESIOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		85	11215	TUBULADURA CORRUGADA CON CONEXIÓN EN Y ADULTO (TUBULADURA DE GOMA)	Tubuladura corrugada con conexión en Y compatible con máquina de anestesía/Ventilador Pulmonar tamaño adulto	TODAS		MÁQUINA DE ANESTESIA/VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.794	
ANESTESIOLOGIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000		86	11216	TUBULADURA CORRUGADA CON CONEXIÓN EN Y PEDIATRICA	Tubuladura corrugada con conexión en Y compatible con máquina de anestesía/Ventilador Pulmonar tamaño pediatrico	TODAS		MÁQUINA DE ANESTESIA/VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.795	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	1	11069	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 0.5	Reutilizable. Para pacientes hasta 4 kilos. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R. C.A. N° 048-009/16	2.796	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	2	11070	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 1.0	Descartable. Para pacientes de 4 a 7 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.797	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	3	11071	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 1.5	Descartable. Para pacientes de 7 a 17 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.798	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	4	11072	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 2.0	Descartable. Para pacientes de 17 a 30 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.799	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	5	11073	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 2.5	Descartable. Para pacientes de 30 a 50 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.800	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	6	11074	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 3.5	Descartable. Para pacientes de 50 a 70 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.801	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	7	11075	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 4,5	Descartable. Para pacientes de 70 a 100 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.802	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	8	11076	Tubo laringeo supraglótico de rescate y bloqueador con máscara y con canal adicional. Tamaño 2,5	Descartable. Para pacientes de 30 a 50 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.803	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	9	11077	Tubo laringeo supraglótico de rescate y bloqueador con máscara y con canal adicional. Tamaño 3,5	Descartable. Para pacientes de 50 a 70 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.804	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	10	11078	Tubo laringeo supraglótico de rescate y bloqueador con máscara y con canal adicional. Tamaño 4,5	Descartable. Para pacientes de 70 a 100 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.805	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	11	11079	Tubo bloqueador para uso con tubo laringeo supraglótico de rescate de 2,5. Tamaño 2,5	Descartable. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.806	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	12	11080	Tubo bloqueador para uso con tubo laringeo supraglótico de rescate de 3,5. Tamaño 3,5	Descartable. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.807	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	13	11081	Tubo bloqueador para uso con tubo laringeo supraglótico de rescate de 4,5. Tamaño 4,5	Descartable. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.808	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	14	11082	Estilete de extracción desechable para tubos laringeos de tamaño 1.0 y 1.5	Para extracción de tubos endotraqueales.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.809	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	15	11083	Estilete de extracción desechable para tubos laringeos de tamaño 2.0 y 2.5	Para extracción de tubos endotraqueales.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.810	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	16	11084	Estilete de extracción desechable para tubos laringeos de tamaño 3.5 y 4.5	Para extracción de tubos endotraqueales.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.811	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	17	11085	Catéter de rescate para vía aerea. Adulto	Con punta curva y flexible. De 14 fr y 65 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.812	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	18	11086	Catéter de rescate para vía aerea. Pediátrico	Con punta curva y flexible. De 8 fr y 35 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.813	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	19	11087	Catéter para intubación y paso de broncoscopios con diámetro interno de 4,5 mm o más y de 55 a 60 cm de largo.	Con válvula para conexión a ventilación. Debe incluir la llave en T. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.814	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	20	11088	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 8 a 9 fr de 45 a 50 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 3 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.815	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	21	11089	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 10 a 11 fr de 80 a 85 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 4 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.816	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	22	11090	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 14 a 15 fr de 80 a 85 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 5 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.817	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	23	11091	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 18 a 19 fr de 80 a 85 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 7 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.818	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	24	11092	Set de cricotirotomia de emergencia con catéter de 4 a 7,5 cm.	Debe incluir aguja, catéter introductor de PTFE, jeringa, escapelo, guía, dilatador. Estéril. Presentación kit.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.819	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	25	11093	Kit de Anestesia Peridural	Conteniendo: Aguja Peridural con bisel curvo tipo Tuohy 16 a 18 G, con longitud de 80 a 100 mm, con mandril codificado por color y marcas de inserción. Catéter Peridural de 19 a 21 G con punta atraumatica - cerrado, con una longitud de 700 mm a 1000mm, con marcas radiopacas por cm y 3 a 6 orificios laterales. Conector de catéter. Jeringa de pérdida de resistencia de 5 a 10 cc., Filtro plano peridural de 0.2 µ (micras). Fijador de filtro autoadhesivo. Catéter libre de látex. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 047-001/18	2.820	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	26	11095	Aguja de neuroestimulación N° 22 G	Para técnicas de punción única en anestesia de plexos y nervios periféricos, neuroestimulables y ecogenicas con giros de hasta 360° que aseguren buena bisibilidad bajo pantalla de ultrasonido. Aguja: Diámetro 22 G X 50mm (2"). Completamente aisladas a excepción del bisel. Bisel con un corte de 20° a 30°. Longitud del cable mínimo 50 cm.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 047-001/18	2.821	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	27	11097	Aguja de neuroestimulación N° 20 G	Para técnicas de punción única en anestesia de plexos y nervios periféricos, neuroestimulables y ecogenicas con giros de hasta 360° que aseguren buena visibilidad bajo pantalla de ultrasonido. Aguja: Diámetro 20 G X 100 a 120 mm (4" a 4 3/4"). Completamente aisladas a excepción del bisel. Bisel con un corte de 20° a 30°. Longitud del cable mínimo 50 cm.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 047-001/18	2.822	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	28	11098	Neuroestimulador para anestesia regional periférica	Equipo de neuroestimulación para localización de nervios, señal de pulso acústica y visual, batería de 9V, frecuencia de pulso intercambiable 1 a 2 Hz, estimulación de 0 a 5 mA, pantalla que indique el estado de la batería, el ancho del pulso, indicador de pulso, salida activa, intensidad actual o nominal. Dial de control digital. Protección contra descarga eléctrica tipo BF. Debe incluir cable paciente para la conex de la cánula de estimulación (Hasta 125 cm).	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.823	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	29	11099	Lápiz percutáneo para localización de nervios	Lápiz electrodo para mapeo percutáneo de nervios periféricos. Ayuda localización previa, sitio de punción, excelente apoyo para entrenamiento de la técnica de bloqueo, nervio periférico y docencia.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.824	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	30	11290	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Biselada, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18	2.825	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	31	11291	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 120 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranjado, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual , en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18 - RCA. N° 053-024/2020	2.826	
ANESTESIA PEDIATRICA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	32	11292	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 50 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18	2.827	
ANESTESIA PEDIATRICA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	33	11293	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Biselada, con abertura lateral, longitud de 50 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18 - RCA. N° 053-024/2020	2.828	
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	34	11294	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G	Punta Biselada, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,4 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color marrón, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.829	
ANESTESIA - ONCOLOGIA (Hospital Central)	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	35	11296	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 150 cc a 270 cc para goteo continuo de 48 hs a 54 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la linea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.830	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	36	11297	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 400 cc para goteo continuo de 80 a 100 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la linea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.831	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	1	4042	BALÓN AFORADO	Capacidad 50 Cc	Unidad				2.832	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	2	4043	BALÓN AFORADO	Capacidad 100 Cc	Unidad				2.833	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	3	4047	BALÓN AFORADO	Capacidad 1000 Cc	Unidad				2.834	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	4	4044	BALÓN AFORADO	Capacidad 200 Cc	Unidad				2.835	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	5	4041	BALÓN AFORADO	Capacidad 25 Cc	Unidad				2.836	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	6	4046	BALÓN AFORADO	Capacidad 500 Cc	Unidad				2.837	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	7	4045	BALÓN AFORDO	Capacidad 250 Cc	Unidad				2.838	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	8	9188	BALÓN DE VIDRIO		Unidad				2.839	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	9	9189	BALONES CON TUBOS LATERALES		Unidad				2.840	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	10	9190	BOTELLA DE VIDRIO DE TAPA ESMERILADA Y ÁMBAR		Unidad				2.841	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	11	4076	CÁMARA DE NEUBAUER	No Tiene	Unidad				2.842	
AC	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	12	4077	CÁMARA DE RHOSENTAL P/ LCR	No Tiene	Unidad				2.843	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	13	9191	CRISOLES CON TAPA MEDIANA		Unidad				2.844	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	14	9193	EMBUDO CON VÁSTAGO CORTO 25 CC		Unidad				2.845	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	15	9192	EMBUDO CON VÁSTAGO CORTO 50 CC		Unidad				2.846	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	16	9195	EMBUDO CON VÁSTAGO LARGO 25 CC		Unidad				2.847	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	17	9194	EMBUDO CON VÁSTAGO LARGO 50 CC		Unidad				2.848	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	18	4211	EMBUDO DE VIDRIO 10 CC	C/ Vàstago Corto	Unidad				2.849	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	19	4213	EMBUDO DE VIDRIO 15 CC C/ VÀSTAGO CORTO	No Tiene	Unidad				2.850	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	20	4209	EMBUDO DE VIDRIO 5 CC	C/ Vàstago Corto	Unidad				2.851	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	21	4215	EMBUDO P/ DECANTACIÓN 125 ML	No Tiene	Unidad				2.852	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	22	4214	EMBUDO P/ DECANTACIÓN 50 ML	No Tiene	Unidad				2.853	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	23	9196	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 1000 ML CON LLAVE DE TEFLÓN		Unidad				2.854	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	24	9197	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 250 ML CON LLAVE DE TEFLÓN		Unidad				2.855	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	25	9198	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 500 ML CON LLAVE DE TEFLÓN		Unidad				2.856	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	26	9199	EQUIPO DE DESTILACIÓN CON ACCESORIOS		Unidad				2.857	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	27	9200	EQUIPO DE DISGREGACIÓN CON ACCESORIOS		Unidad				2.858	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	28	9202	ERLENMEYER DE 100 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.859	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	29	9203	ERLENMEYER DE 1000 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.860	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	30	9204	ERLENMEYER DE 100 ML CON BOCA ESMERILADA SIN TAPA		Unidad				2.861	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	31	9205	ERLENMEYER DE 25 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.862	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	32	4236	ERLENMEYER 2000CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.863	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	33	4233	ERLENMEYER 250 CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.864	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	34	4216	ERLENMEYER 50 CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.865	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	35	4234	ERLENMEYER 500CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.866	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	36	4235	ERLENMEYER DE 1000 CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.867	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	37	3879	FRASCO ERLENMEYER 1000 CC DE VIDRIO	No Tiene	Unidad				2.868	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	38	9206	FRASCOS DE BOCA REDONDA DE 100 ML		Unidad				2.869	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	39	9207	FRASCOS DE PORCELANA		Unidad				2.870	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	40	9208	FRASCOS DE VIDRIO, PORCELANA Y EMBUDOS GRANDES		Unidad				2.871	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	41	9209	FRASCOS ESMERILADOS DE 1000 ML		Unidad				2.872	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	42	9210	FRASCOS ESMERILADOS DE 2000 ML		Unidad				2.873	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	43	9211	FRASCOS ESMERILADOS TRANSPARENTES Y ÁMBAR		Unidad				2.874	
ANESTESIA	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	44	2730	JERINGA DE VIDRIO DE 10 CC		Unidad				2.875	
ANESTESIA	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	45	2732	JERINGA DE VIDRIO DE 20 CC		Unidad				2.876	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	46	9212	KITASATO DE 250ML		Unidad				2.877	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	47	4379	LÁMINA DE VIDRIO EXCAVADA	Para tipificación y VDRL. Placas de vidrio con ranuras rebozadoras, con 12 cavidades como mínimo de 1,4 a 1,6 mm de profundidad y 15 (+ -1) mm de diámetro.	Unidad			Res. Nº 086-006/10 y Res Nº 137-035/10	2.878	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	48	4380	LÁMINA DE VIDRIO PORTA OBJETO 76 X 26 MM (+-1)	Medidas: 76 x 26 mm (+ - 1)	Unidad				2.879	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	49	4381	LÁMINA DE VIDRIO PORTA OBJETO CON BORDE ESMERILADO		Unidad				2.880	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	50	4386	LÁMINAS DE INMUNOFLUORESCENCIA 2X8	No Tiene	Unidad				2.881	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	51	4373	LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO 22 X 22 MM (+ - 1)	Medidas: 22 x 22 mm (+ - 1)	Unidad				2.882	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	52	4376	LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO 24 X 60 MM (+ - 1)	Medidas: 24 x 60 mm (+ - 1)	Unidad				2.883	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	53	4375	LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO 24X40 MM (+ - 1)	Medidas: 24 x 40 mm (+ - 1)	Unidad				2.884	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	54	4374	LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO 32X24 MM (+ - 1)	Medidas: 32 x 24 mm (+ - 1)	Unidad				2.885	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	55	4384	LAMINILLA DE VIDRIO P/CÁMARA DE NEUBAUER	Vidrio	Unidad				2.886	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	56	9214	MATRACES AFORADOS DE 100ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.887	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	57	9215	MATRACES AFORADOS DE 200ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.888	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	58	9216	MATRACES AFORADOS DE 250ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.889	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	59	9217	MATRACES AFORADOS DE 25ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.890	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	60	9218	MATRACES AFORADOS DE 500ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.891	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	61	9219	MATRACES AFORADOS DE 50ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.892	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	62	7343	MATRAZ AFORADO DE 1000ML CON TAPA DE VIDRIO COLOR BLANCO		Unidad				2.893	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	63	9221	MATRAZ AFORADO DE 100ML CON TAPA COLOR BLANCO		Unidad				2.894	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	64	9222	MATRAZ AFORADO DE 250ML CON TAPA DE VIDRIO COLOR BLANCO		Unidad				2.895	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	65	9223	MATRAZ AFORADO DE 25ML CON TAPA		Unidad				2.896	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	66	9224	MATRAZ AFORADO DE 500ML CON TAPA COLOR BLANCO		Unidad				2.897	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	67	9225	MATRAZ AFORADO DE 50ML CON TAPA COLOR BLANCO		Unidad				2.898	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	68	5797	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 ML VIDRIO	Vidrio	Unidad				2.899	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	69	5798	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 ML	Vidrio	Unidad				2.900	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	70	5796	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 5ML	Vidrio	Unidad				2.901	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	71	4429	MEDIDA DE VIDRIO 1000CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.902	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	72	4425	MEDIDA DE VIDRIO 125CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.903	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	73	4426	MEDIDA DE VIDRIO 500CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.904	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	74	4427	MEDIDA DE VIDRIO DE 250 CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.905	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	75	9226	MORTERITO DE ÁGATA		Unidad				2.906	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	76	4452	MORTERO DE PORCELANA 10 CC C/ PILÓN	No Tiene	Unidad				2.907	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	77	4447	MORTERO DE PORCELANA 22 CC	No Tiene	Unidad				2.908	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	78	4448	MORTERO DE PORCELANA 25 CC	No Tiene	Unidad				2.909	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	79	4446	MORTERO DE PORCELANA 6 CC C/PILÓN	No Tiene	Unidad				2.910	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	80	4449	MORTERO DE PORCELANA 8,5 CC	No Tiene	Unidad				2.911	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	81	9213	MORTERO DE VIDRIO		Unidad				2.912	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	82	4454	MORTERO DE VIDRIO DE 14 CC	No Tiene	Unidad				2.913	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	83	4455	MORTERO DE VIDRIO DE 20 CC	No Tiene	Unidad				2.914	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	84	9227	PIPETA AFORADA DE 10ML		Unidad				2.915	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	85	9228	PIPETA AFORADA DE 15ML		Unidad				2.916	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	86	9229	PIPETA AFORADA DE 1ML		Unidad				2.917	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	87	9230	PIPETA AFORADA DE 25ML		Unidad				2.918	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	88	9231	PIPETA AFORADA DE 2ML		Unidad				2.919	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	89	9232	PIPETA AFORADA DE 3ML		Unidad				2.920	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	90	9233	PIPETA AFORADA DE 5ML		Unidad				2.921	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	91	4486	PIPETA CAPILAR 0,1ML	No Tiene	Unidad				2.922	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	92	4491	PIPETA DE ERITROSEDIMENTACIÓN	Vidrio. Diametro interno máximo 3 mm y que permita la medición de hasta 200 (+ - 20) mm.	Unidad			Res. Nº 137-035/10.	2.923	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	93	4492	PIPETA GRADUADA AL CENTÉCIMO 1CC	Vidrio	Unidad				2.924	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	94	4493	PIPETA GRADUADA AL CENTÉCIMO 2 CC	Vidrio	Unidad				2.925	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	95	4498	PIPETA GRADUADA AL DÉCIMO 10 CC	Vidrio resistente	Unidad				2.926	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	96	4495	PIPETA GRADUADA AL DÉCIMO 1CC	Vidrio resistente	Unidad				2.927	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	97	4496	PIPETA GRADUADA AL DECIMO 2 CC.-	Vidrio resistente	Unidad				2.928	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	98	4497	PIPETA GRADUADA AL DECIMO 5 CC.-	Vidrio resistente	Unidad				2.929	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	99	5907	PLACA DE PETRI DE VIDRIO MEDIANO 100/ 20 MM	Vidrio	Unidad				2.930	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	100	4063	PLACAS DE PETRI DE VIDRIO CHICO 80 / 15 MM	Vidrio	Unidad				2.931	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	101	4064	PLACAS DE PETRI DE VIDRIO GRANDE 150X 25 MM	Vidrio	Unidad				2.932	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	102	9239	PROBETA DE 1000 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA		Unidad				2.933	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	103	9240	PROBETA DE 100 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.934	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	104	9241	PROBETA DE 10 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.935	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	105	9242	PROBETA DE 250 ML CON BOCA ESMERILADA CON TAPA		Unidad				2.936	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	106	9243	PROBETA DE 25 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.937	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	107	9244	PROBETA DE 500 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.938	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	108	9245	PROBETA DE 50 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.939	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	109	9246	PROBETA DE 50 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.940	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	110	9247	PROBETA DE 5 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.941	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	111	9248	PROBETA DE 5ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.942	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	112	4525	PROBETA DE VIDRIO 100 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.943	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	113	4515	PROBETA DE VIDRIO 25 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.944	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	114	4528	PROBETA DE VIDRIO DE 1000 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.945	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	115	4526	PROBETA DE VIDRIO DE 250 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.946	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	116	4516	PROBETA DE VIDRIO DE 50 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.947	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	117	4527	PROBETA DE VIDRIO DE 500 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.948	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	118	9249	TAPA DE CRISOL		Unidad				2.949	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	119	9250	TAPAS DE VIDRIO		Unidad				2.950	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	120	4625	TUBO CÓNICO 1,5 ML TIPO EPPENDORF	No Tiene	Unidad				2.951	
Serv.Microbiología	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	121	7997	TUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICO C/GRADUACIÓN DE 15 ml.	VIDRIO PIREX	Unidad			Res. N° 072-003/05	2.952	
Laboratorio	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	122	4624	TUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICO C/GRADUACIÓN DE VIDRIO	Vidrio resistente al calor y centrifugación. Diámetro externo máximo 14 mm. Presentación. Unidad	Unidad			RCA: Nº 020-019/12	2.953	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	123	4627	TUBO DE KHAN 12 MM DE (DIÁMETRO) 75 MM DE ALTURA	Vidrio clase A resistente a la centrifugaciòn	Unidad				2.954	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	124	4635	TUBO DE VIDRIO	Vidrio Clase A	Unidad				2.955	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	125	4638	TUBO DE CULTIVO, VIDRIO C/TAPA A ROSCA x 15 CM.C536	Vidrio Clase A	Unidad				2.956	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	126	4636	TUBO PARA LECTURA DE SPECTRONIC 21 C/T	No Tiene	Unidad				2.957	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	127	9251	TUBOS DE CENTRÍFUGA GRANDE		Unidad				2.958	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	128	4628	TUBOS DE ENSAYO 16 CM (ALTURA) X 16 MM (DIÁMETRO). DE VIDRIO	No Tiene	Unidad				2.959	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	129	4626	TUBOS DE VIDRIO DE HEMÓLISIS DE 12 MM (DIÁMETRO) X 100 MM (ALTURA)	Vidrio Resistente A La Centrifugaciòn	Unidad				2.960	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	130	4659	VARILLA DE VIDRIO 15 CM. X 8 MM.	Vidrio	Unidad				2.961	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	131	4662	VARILLA DE VIDRIO 30 CM. X 8 MM.	Vidrio	Unidad				2.962	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	132	9254	VASITO PRECIPITADO BERLING 5ML		Unidad				2.963	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	133	9253	VASITO PRECIPITADO BERLING 25ML		Unidad				2.964	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	134	9252	VASITO PRECIPITADO BERLING 10ML		Unidad				2.965	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	135	4664	VASO PRECIPITADO BERLING 250 CC.VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.966	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	136	9255	VASO DE BERLING DE 60ML		Unidad				2.967	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	137	4665	VASO DE PRECIP. BERLING 500 CC.VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.968	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	138	4663	VASO PRECIP BERLING 100 CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.969	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	139	4666	VASO PRECIP BERLING 1000 CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.970	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	140	9256	VASO TIPO CÁPSULA		Unidad				2.971	
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	141	9257	VASOS PRECIPITADOS DE 50ML		Unidad				2.972	
ALERGIA	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	142	9258	VIALES DE 10 CC	C/ Tapa De Caucho A Presión P/ Preparar Vacunas	Unidad				2.973	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4. VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS OUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	143	9259	VIDRIO RELOJ		Unidad				2.974	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	1	6134	CONECTOR SILICONADO PARA CATÉTER	Conector con material interno de silicona transparente que facilite la visualización del líquido a infundir, libre de látex y DEHP, no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudio de Resonancia Magnética y otros), Con conexión a rosca y punta catéter , resistente a altas presiones tales como se presentan en líneas arteriales y NPT, compatibles con soluciones lípidicas, quimioterapéuticas y antibióticas, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos. Estéril y libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res Nº 091-030/10 - RCA N°031-003/18 - RCA: N° 047-001/18	2.975	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	2	11295	EXTENSOR DE VIAS VENOSAS.	Descartable, conexión próxima al paciente con rosca. Longitud de 80 a 120 cm. Libre de Látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.976	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	3	2370	AGUJA 21G X 1	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad				2.977	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	4	2371	AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad				2.978	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	5	6943	AGUJA 23G X 1 (USO PEDIÁTRICO)	Estéril, tribicelada, descartable. Empaque individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 036-020/2021	2.979	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	6	2451	AGUJA 27G a 28G X 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.980	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	7	6946	AGUJA DE BIOPSIA MÉDULAR 8G a 11G - DE 7 a 15 CM DE LONGITUD	Estéril Descartable	Unidad			RCA 081-031/06	2.981	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	8	9756	AGUJA DE INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 20 G	Para uso en Adultos, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, set con mariposita y conector	Set			Res. N° 022-029/07	2.982	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	9	2448	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA N° 25G	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res. 126-017/09 - RCA: N° 047-001/18	2.983	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	10	2449	AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,4 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color marrón, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos. Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes (aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blister trasparente. estèril.	Unidad		Unidad	Res. 126-017/09 - RCA: N° 047-001/18 - RCA: N° 036-020/2021	2.984	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	11	2446	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 22G X 3 1/2 c/Introductor	Estéril Descartable Tribicelada	Unidad			Res. 049-029/05	2.985	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	12	6945	AGUJA P/BIOPSIA DE PRÓSTATA	Estéril, descartable, 22 mm, disparo automatico	Unidad				2.986	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	13	2442	AGUJA P/PUNCIÓN LUMBAR 18G X 3 a 3 1/2 P/PERIDURAL	Estéril Descartable Tribicelada	Unidad			Res. 049-029/05	2.987	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	14	9757	AGUJA PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 22G	Para uso en niños, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, Set con mariposita y conector	Kit			Res. N° 022-029/07	2.988	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Serv. Neurología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	15	2444	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3" a 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm. Empaque individual en papel grado medico y/o blister trasparente.	Unidad		Unidad	RES. N° 038-022/08. Mod. Res. Nº 046-006/11 - RCA: Nº 036-020/2021	2.989	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	16	2443	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 22G X 3 a 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 0,7 x 90 mm. Empaque individual en papel grado mèdico y/o blister trasparente.	Unidad		Unidad	Mod. Res. Nº 046-006/11 - RCA: Nº 036-020/2021	2.990	
Hematología-Hospital Día	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	17	6951	AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA	De 15 a 16 G de 20 a 70 mm de longitud. Adulto/pediatrica. Estèril Desechable. Presentación. Unidad	Unidad			RCA 081-031/06 RCA: Nº 023-022/12	2.991	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13099		**11539**	**PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL**	Pulsera de compresión radial: dispositivo de material trasparente de cierre de arteria radial o cubital por medio de 2 balones. Incluye jeringa especifica e indicador de insuflado. Diámetro de la pulsera de 24 cm de circunferencia.Envase estéril individual, en papel grado médico, herméticamente cerrado. la caja debe contener los siguientes datos : código de lote ,fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento	Unidad	FDA y/o CE	Kit (Envase estéril individual)	RCA 088-016/2023		
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	18	6937	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE HIDROFILICA 0.014" PUNTA ¨J¨ O RECTO MOLDEABLE, TIPO INTERMEDIO DE 170 A 200 CM.DE LONGITUD	Alambre Guia 0,014´´ Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de nucleo de la guia de acero inoxidable y recubrimiento distal hidrofilico. Con certificacion de aprobacion de FDA y/o CE.Experiencia minima de 5años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estos productos, sin notificacion a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad tecnica y su utilizacion. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. Nº 070-016/11 RCA Nº 070-020/2023	2.992	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	19	3891	ALGODÓN HIDRÓFILO	Peso Neto (de algodón) como mínimo 300 g, bajo tenor de impurezas, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo/zigzag.	Gramo. (peso neto del algodón)			Res. Nº 014-010/09 RCA: N° 049-009/13 RCA: N° 061-021/13 RCA: N° 096-021/13	2.993	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	20	3893	ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 12CM X 6 MT	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	Gramo				2.994	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	21	3894	ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 32CM X 6 MT.	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	Gramo				2.995	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	22	3892	ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 8CM X 6 MT.	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	Gramo				2.996	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	23	3888	ALGODÓN LAMINADO 10 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	Rollo				2.997	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	24	3889	ALGODÓN LAMINADO 15 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario,	Unidad		Paquete/Rollo	RCA N° 036-020/2021	2.998	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	25	3890	ALGODÓN LAMINADO 20 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario,	Unidad		Paquete/Rollo	RCA N° 036-020/2021	2.999	
Proctología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	26	9758	ANILLO DE GOMA DE LÁTEX PARA APLICAR LIGADURAS ELÁSTICAS A HEMORROIDES	Adaptable a las pinzas p/ligaduras hemorroidal. Descartable, en paquetes por 100 - 200 unidades.-	Unidad			Res. N° 022-029/07	3.000	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	27	2457	ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	Plástico Rígido. No Estéril	Unidad				3.001	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	28	5929	APOSITO CURATIVO QUIRÚRGICO 20 X 11 CM (+ - 5)	No estéril, 100% Algodón Absorvente	Unidad			Res. 049-029/05	3.002	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	29	5837	APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (largo y ancho)	Estéril	Unidad			RCA 081-031/06	3.003	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	30	5424	APOSITO POS-PARTO (MEDIDA MÍNIMA 30 X10 CM LARGO Y ANCHO)	Toalla higiénica hospitalaria.	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	3.004	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	31	3838	APOSITO TRANSPARENTE DE 6 CM X 7 CM (+ - 2) HIPOALERGENICO P/FIJACION DE CATETER	Estéril. Envase individual	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	3.005	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	32	5437	APOSITO TRANSPARENTE P/FIJACIÓN DE CATÉTER, HIPOALERGÉNICO DE 10 CM X 12 CM(+ - 2)	Estéril. Envase individual	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	3.006	
UROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	33	6962	ASA DE COLLINS Nº 24	Adaptable a Equipo Storz, Serv. Urología	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.007	
UROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	34	6959	ASA DE COLLINS Nº 27	Adaptable a Equipo Storz, Serv. Urología	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.008	
UROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	35	6963	ASAS PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICAS DE PRÓSTATA (UROLÓGICAS) Nº 27	De Resección Endoscópica. Adaptable a equipo Storz (Pips)	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.009	
UROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	36	4938	ASAS PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICAS DE PRÓSTATA (UROLÓGICAS) Nº 24	De Resección Endoscópica. Adaptable a equipo Storz (Pips)	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.010	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	37	2472	BAJA LENGUA DE MADERA	Articulo de Uso Medico, Desechable Elaborado de Madera con borde redondo, pulido, aseptico, de superficie uniforme, lisa y sin astillas ni perforaciones. Medida 150 mm x 18 mm x 16 mm	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.011	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	38	9903	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ - 6)gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 a 135 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			Res. N° 040-015/09. Res. Nº 070-016/11	3.012	
Nefrología y otros Servicios	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	39	3922	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ -6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 a 125 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			Res. N° 040-015/09. Res. Nº 070-016/11- RCA: N° 079-025/12	3.013	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	40	11366	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad				3.014	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	41	11367	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad				3.015	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Nefrología y otros Servicios	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	42	10670	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS de 50 (+ -6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados de 5 a 45 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 a 125 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 85%.	Unidad			RCA: N° 079-025/12	3.016	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	43	11368	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	3.017	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	44	11370	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	3.018	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	45	11373	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 140 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	3.019	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	46	11374	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 140 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	3.020	
UTI-Neonatología-Clínica Médica-Cirugía General	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	47	10710	Chaleco o Bata del tipo quirúrgico. No estéril. Descartable.	Confeccionada con tela de polipropilene de 1 o más capas. Gramaje de 30gr/m2 o más. Mangas largas con puños elastizados d 5 a 15 cm de ancho. Cierre posterior del tipo magnético y/o con tiras en el cuello y parte posterior de la cintura. Longitud mínima de 110 cms. Presentación Unidad.	Unidad			RCA: N° 092-027/12	3.021	
Servicios Clinicos y Quirúrgicos	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	48	11360	Guante de procedimiento descartable de NITRILO	Antialérgico, apto para ser utilizado con productos químicos, poseen alta resistencia. Revestimiento interno gamuzado de algodón, textura antideslizante en palma y dedos, 100% NITRILO. Color: AZUL Celeste-Talle: L- Espesor: 0,06 mm. No estéril- Las medidas de largo 35 cm como mínimo	par		Unidad	RCA N° 020-025/20	3.022	
Servicios Clinicos y Quirúrgicos	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	49	11361	Careta para protección facial	Pantallas de propionato de alta claridad, resistente a impactos,temperatura y salpicadura de líquidos ácidos, alcalinos y solventes. Además deben tener buena resistencia a la ruptura. Alta tolerancia al calor, dentro de un rango que va desde los 5ºC a los 107ºC. Banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente,con almohadilla de esponja de latex suave de 2 a 3cm de ancho,resistente, niebla resistente, cubrir completamente a ambos lados de la longitud de la cara,debe ser reutilizable, hecho de material que se puede limpiar y desinfectar. Medidas de los Visores. Espesor: 2 mm Pantalla:alto de 26cm(+/-5) de ancho 36(+/-3).Correa regulable	Unidad		Unidad	RCA N° 020-025/20-Resolucion C.A.N° 045-024/2020 DE FECHA 16/06/2020	3.023	
Servicios Clinicos y Quirúrgicos	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	50	11362	Protector Ocular tipo Antipara	Diseño de bajo perfil, una banda elástica regulable y un opcional inserto para lentes de prescripción. Debe tener recubrimiento antiempañante el cual resiste al empañamiento de larga duración, deben ser resistente para una variedad de riegos incluyendo salpicaduras liquidas, sustancia en suspensión con aerosoles y partículas de alto impacto a mediana energía, temperaturas extremas entre -5ºC a 55ºC y cuente con protección contra la radiación. Una solo talla que se ajusta a la mayoría de rostros. Banda elástica ajustable. Ventilación indirecta. Lunas de policarbonato.	Unidad		Unidad	RCA N° 020-025/20	3.024	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	51	3847	BOLSA COLECTORA ORINA. ADULTOS. 1500 - 2000 CC	Para adultos, con desagote y válvula antirreflujo de 1500 a 2000 cc. Con asa de sostén.-	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.025	
Cir. Gral. Radiología,Gineco-Obstetricia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	52	4686	BOLSA DE COLON SIMPLE CON CÁNULA	Capacidad 1000 A 2500 cc. Con Cánula simple, conector adaptable, boca con tapa, clamp obturador, no estéril.-	Unidad			Res.N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.026	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	53	4690	BOLSA DE TRANSFERENCIA P/ SANGRE S/ ANTICOAGULANTE		Unidad				3.027	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	54	6110	BOLSA EST.P/ RECL. DE ORINA ADLT. C/ URINÓMETRO		Unidad				3.028	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	55	3851	BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑAS.	Estéril. Descartable	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.029	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	56	3850	BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑOS.	Estéril Descartable	Unidad				3.030	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	57	10626	BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS.	Estéril descartable Unisex. Envase individual.	Unidad		Unida	Res. Nº 137-035/10 RCA: N° 036-020/2021	3.031	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	58	5931	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL de 500 CC, con una linea de bajada MATERIAL EVA. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.032	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	59	2491	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	Con sistema de llenado incorporado con 3 líneas de bajada.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	3.033	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	60	2495	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 1000 CC. MATERIAL EVA		Unidad				3.034	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	61	3864	BOLSA MIXTA PLEGABLE C/AUTOADHESIVO C/ IND.QUÍMICO S/FUELLE 5X21CM.(+ - 2) P/OXIDO DE ETILENO	Plegable, Autoadhesiva	Unidad				3.035	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	62	3863	BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Manta de polipropileno ó papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para óxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.036	
Cir Gral-Cir Ped	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	63	5551	BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO)		Unidad				3.037	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	64	5915	BOLSA P/COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 51 MM	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	Unidad			Res. Nº 128-001/10 RCA: N°001-013/16	3.038	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	65	7082	BOLSA P/UROSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 25 MM, ADHESIVO, CON TUBO DE DRENAJE	Drenable, descartable.	Unidad			Res. Nº 134-006/10 RCA: N°001-013/16	3.039	
Cir Gral-Cir Ped	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	66	5913	BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 38 mm (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	Unidad		Unidad	Res. Nº 128-001/10 RCA: N°001-013/16 R.C.A. Nª 013-012/16 RCA: N° 036-020/2021	3.040	
RADIOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	67	9480	BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE	Capacidad de 1000 a 2500 cc,con sus respectivas almohadillas y manguitos para insuflar, no estéril.	Unidad			RCA N°035-047/06 RCA: N° 106-019/12	3.041	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	68	5932	BOLSA PRESURIZADORA P/ PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, SWAN GANG Y SANGRE	Bolsa Manual de 300 Mm Hg, como mínimo. Adaptable p/Catéter de Termodilución Swan Gang, para en Unidades de Terapias Intensivas (UTI). Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 050-038/13 RCA: N°001-013/16- RCA: N° 036-020/2021	3.042	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	69	3704	BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO	Bolsa Respiratoria 1 Litro Reutilizable De Látex	Unidad				3.043	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	70	3707	BOLSA RESPIRATORIA 1/2 LITRO	Bolsa Respiratoria 1/2 Litro Reutilizable De Látex	Unidad				3.044	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	71	3705	BOLSA RESPIRATORIA 2 LITROS	Bolsa Respiratoria 2 Litros Reutilizable De Látex	Unidad				3.045	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	72	3709	BOLSA RESPIRATORIA 3 LITROS	Bolsa Respiratoria 3 Litros Reutilizable De Látex	Unidad				3.046	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	73	3708	BOLSA RESPIRATORIA 5 LITROS	Bolsa Respiratoria 5 Litros Reutilizable De Látex	Unidad				3.047	
Bco. de Sangre	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	74	4691	BOLSAS CUADRUPLE P/RECOLECCIÓN DE SANGRE C/ANTICOAGULANTE CPDA-1 (ADENINA)	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad				3.048	
Bco. de Sangre	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	75	4688	BOLSAS DOBLES P/RECOLECCIÓN DE SANGRE C/ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad				3.049	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	76	3862	BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para oxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.050	
Cir Gral-Cir Ped	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	77	3849	BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA 64 MM (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	Unidad			Res. Nº 134-006/10 RCA: N°001-013/16	3.051	
Bco. de Sangre/Cardiocirugia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	78	4684	BOLSAS SIMPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad				3.052	
Bco. de Sangre	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	79	4689	BOLSAS TRIPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAG. CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado, plástico permeable a gases.	Unidad				3.053	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	80	3839	CAJA DESCARTABLE P/MATERIAL CORTANTE Y PUNZANTE.	Aproximadamente de 13 litros. Cartón prensado con bolsa de polietileno amarillo, en su interior	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.054	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	81	2775	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	Estéril, Descartable	Unidad			RCA 081-031/06	3.055	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	82	2776	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)	Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	3.056	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	83	8623	CÁNULA ARTERIAL DE 10 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.057	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	84	8624	CÁNULA ARTERIAL DE 12 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.058	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	85	8625	CÁNULA ARTERIAL DE 14 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.059	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	86	8626	CÁNULA ARTERIAL DE 16 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.060	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	87	8627	CÁNULA ARTERIAL DE 18 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.061	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	88	8628	CÁNULA ARTERIAL DE 20 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.062	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	89	8629	CÁNULA ARTERIAL DE 22 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				3.063	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	90	5097	CÁNULA ARTERIAL DE 8 FRENCH AÓRTICA	Siliconada- Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.064	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	91	8630	CÁNULA ARTERIAL PARA ARTERIA FEMORAL 17 A 18 FRENCH		Unidad			RCA 081-031/06	3.065	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	92	8631	CÁNULA ARTERIAL PARA ARTERIA FEMORAL 20 A 21 FRENCH		Unidad			RCA 081-031/06	3.066	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	93	5098	CÁNULA ARTERIAL PUNTA CURVA 20 FR AÓRTICA.		Unidad				3.067	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	94	5099	CÁNULA ARTERIAL PUNTA CURVA 22 FR AÓRTICA		Unidad				3.068	
cir pediátrica	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	95	2509	CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K66	Material PVC, Flexible, con adaptador al Sist. de aspiración, long. Mínima 1,80 mt. Diámetro interno 9 mm, c/pico bucal de una sola pieza, con regulador de flujo en material de PVC rígido, estéril, descartable.-	Unidad			RCA N° 071-009/06	3.069	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	96	8635	CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 11 FRENCH	Siliconada. Estéril	Unidad				3.070	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	97	8636	CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 7 FRENCH	Siliconada. Estéril	Unidad				3.071	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	98	9762	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN N° 8	En material PVC altamente transparente, con baño de silicona, balón de baja presión, guía de inserción y tubo de aspiración interna, soporte con anillo metálico, velcro de sujeción, estéril, descartable	Unidad			Res. N° 022-029/07	3.072	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	99	3715	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.073	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	100	6992	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				3.074	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	101	6994	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.075	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	102	3716	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.076	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	103	6997	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.077	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	104	3717	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.078	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	105	6961	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 6 C/BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.079	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	106	3719	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 6 SIN BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				3.080	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	107	3720	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 7 SIN BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				3.081	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	108	7001	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 7,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				3.082	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	109	7003	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 8,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				3.083	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	110	3722	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 9 CON BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				3.084	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	111	6024	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 C/ BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.085	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	112	6917	CÁNULA NASAL ADULTO PARA OXÍGENOTERAPIA	Bigotera adulto y dos cánulas intranasales regulables de 4,00 a 4,5 mm de diametro externo,atraumaticas, de silicona 100%, libre de latex y PVC .Y Tubuladura de PVC transparente de longitud minima de 100 cm y maximo 200 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 043-008/17- R CA N° 092-011/2020 DEL 06/11/2020	3.086	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	113	6919	CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA	Bigoteraneonatal y dos canulas intranasales,de 2 a 2,5 mm de diametro externo,atraumaticas de Silicona 100%,libre de latex y PVC. Y tubuladura de PVC transparente de longitud minima de 100cm y maximo 200 cm	Unidad			Res.N° 093-006/10-RC N° 092-011/2020 DEL 06/11/2020	3.087	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	114	6920	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA PARA OXIGENOTERAPIA	Bigotera pediátrica y dos cánulas intranasales regulables, de 3,00 a 3,5 mm de diámetro externo, atraumáticas, de silicona 100%, libre de látex y PVC. Y Tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm y máximo 200 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 093-006/10. Mod. Res. Nº 046-006/11 RCA: N° 043-008/17- RCA N° 092-011/2020 DEL 06/11/2020- RCA: N° 036-020/2021	3.088	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	115	3710	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 0	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.089	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	116	9904	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 00	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.090	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	117	3711	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 1	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.091	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	118	9905	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 2	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.092	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	119	3712	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 3	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.093	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	120	9906	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 4	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.094	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	121	5095	CÁNULA VENOSA ANGULADA 12 FRENCH ó RECTA MALEABLE		Unidad			RCA 081-031/06	3.095	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	122	5096	CÁNULA VENOSA ANGULADA 14 FRENCH ó RECTA MALEABLE		Unidad			RCA 081-031/06	3.096	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	123	5089	CÁNULA VENOSA RECTA 34 FR	Siliconada	Unidad				3.097	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	124	5090	CÁNULA VENOSA RECTA 36 FR	Siliconada	Unidad				3.098	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	125	5597	CÁNULA VENOSA RECTA 40 FR	Siliconada	Unidad				3.099	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	126	10014	CARTUCHOS (FILTROS) INTERCAMBIABLES PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Adaptables a máscara de protección para vapores orgánicos y gases tóxicos adquirida. De formas circulares (polvo) Trapezoidales (vapores orgánicos y gases) Identificables con colores según el uso. Ajustables a los diferentes tamaños.	UNIDAD			Res.N° 064-041/07	3.100	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	127	5538	CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA	Con tapa, p/Uso de anatomía patológica.-	Unidad			RCA N° 071-009/06	3.101	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	128	7068	CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,27 mm X 0,58 mm	Catéter de acceso central por vía periférica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 1,8 FR 0,27 mm de diámetro interno y 0,58 mm de diámetro externo, estéril	kit			Res.N° 022-028/07	3.102	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	129	5822	CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,3 mm X 0,6 mm	Catéter de acceso central por vía periferica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 2 FR 0,3 mm de diámetro interno y 0,6 mm de diámetro externo, estéril	kit			Res.N° 022-028/07	3.103	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	130	2521	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LÚMEN 7 FR	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.104	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	131	2982	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMÍA Nº 3	El cateter esta indicado para la eliminacion trombos embolos y frescos y suaves en el sistema arterial. El cateter consiste en un cuerpo de cloruro de Polivinilocde un solo lumen con balon de latex en el extremo distal, expandible a 3 french. En el extremo proximal del cateter se presenta un cono que se utiliza para la inflacion del balon . La longitud del cateter debe ser minimo de 80 cm. El volumen del balon inflable debe tener 0,05 a 3 ml. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 079-043/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.105	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	132	2983	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMÍA Nº 4		Unidad			Res.N° 079-043/06	3.106	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	133	2984	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMÍA Nº 5		Unidad			Res.N° 079-043/06	3.107	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	134	2985	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMIA Nº 6	El cateter esta indicado para la eliminacion trombos embolos y frescos y suaves en el sistema arterial. El cateter consiste en un cuerpo de cloruro de Polivinilocde un solo lumen con balon de latex en el extremo distal, expandible a 6 french. En el extremo proximal del cateter se presenta un cono que se utiliza para la inflacion del balon . La longitud del cateter debe ser minimo de 80 cm. El volumen del balon inflable debe tener 0,05 a 3 ml. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 079-043/06- RCA: N° 036-020/2021	3.108	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	135	6630	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 14	Con camisa protectora. Estéril. Envase individual.	Unidad		Unidad		3.109	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	136	2533	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	3.110	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	137	2534	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 12 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	3.111	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	138	2535	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Kits			Res. 049-029/05	3.112	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	139	2536	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 16 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	3.113	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	140	4821	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	3.114	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cardiocirugia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	141	2532	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible. Envase individual	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	3.115	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	142	6628	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	3.116	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	143	6629	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN 7,5 FRENCH	Catéter de 7,5 Fr., de punta recta, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	3.117	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	144	6155-1	CATÉTER DOBLE "J" N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.118	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	145	6155-2	CATÉTER DOBLE "J" N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.119	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	146	7258-1	CATÉTER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.120	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	147	7258-2	CATÉTER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.121	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	148	8737-1	CATÉTER DOBLE "J" N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.122	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	149	8737-2	CATÉTER DOBLE "J" N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.123	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	150	7259	CATÉTER DOBLE "J" N° 8 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable 50% de 26 cm. y 50% de 28 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08	3.124	
Oncología, Nefrología, geriatría H.Crónico, Unidad Terapia,Serv.Intern.Prolongada	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	151	9688	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°16 DE POLIURETANO de 32 a 45 mm de Longitud	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 205 ml/min.	Unidad			Res.N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13	3.125	
USO HOSPITALARIO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	152	9689	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO de 30 a 35 mm de Longitud	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 99 ml/min (+ - 10 ml)	Unidad			Mod. Res..N° 087-005/10 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-007/17	3.126	
USO HOSPITALARIO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	153	9690	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO DE 30 A 32 MM DE LONGITUD MÁXIMA	Hecho a base de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 60 ml/min (+ - 10 ml). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 062-007/07 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-007/17 RCA: N° 036-020/2021	3.127	
Uso Pediatrico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	154	2530	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22 de 25 mm de Longitud Máxima USO PEDIÁTRICO	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 35 ml/min.	Unidad			Res.N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13	3.128	
USO HOSPITALARIO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	155	2531	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 DE 19 A 20 MM DE LONGITUD.	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 25 ml/min (+ - 10 ml). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-007/17-RCA: N° 036-020/2021	3.129	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	156	9272	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.130	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	157	5439	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LÚMEN	Poliuretano. Descart. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluída Y Alambre Guía.	Unidad				3.131	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	158	9273	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano. Descart.. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluída Y Alambre Guía.	Unidad				3.132	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	159	11020	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.133	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	160	11021	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.134	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	161	11022	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.135	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	162	11023	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.136	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	163	11024	FILTRO BACTERIANO C/HUMIDIFICADOR PEDÍATRICO	Estéril, Descartable, Con Adaptador Corrugado.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.137	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	164	11025	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 6 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, más trocar	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.138	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	165	11026	APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. 0,67 ml.	Aplicador estéril descartable con gasa en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.139	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	166	11027	SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, CON TINTE PARA VISUALIZAR EL ÁREA DE PIEL TRATADA. 3 ml.	Aplicador estéril descartable con espuma en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	Unidad		kit	RCA: N° 050-038/13 - RCA: N° 036-020/2021	3.140	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	167	11028	SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, CON TINTE PARA VISUALIZAR EL ÁREA DE PIEL TRATADA. 10,5 ml.	Aplicador estéril descartable con almohadilla en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	Unidad		kit	RCA: N° 050-038/13 - RCA: N° 036-020/2021	3.141	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	168	11016	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 12	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.142	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	169	11017	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 10	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.143	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	170	11018	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 8	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.144	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	171	11019	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 6	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.145	
Serv. De U.T.I. Pediátrico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	172	2520	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL DOBLE LÚMEN 4,5 A 5 FR.	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.146	
Serv. de U.T.I. Adultos	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	173	2979	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL N° 16	Kit, estéril descartable, con aguja incluída de vialón radiópaco	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.147	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	174	9274	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL N° 4,5 . UNILÚMEN	Poliuretano. Descart. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluída Y Alambre Guía.	Unidad				3.148	
Servicio de U.T.I. Adultos	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	175	2525	CATÉTER P/VÍA VENOSA CENTRAL 3 LÚMEN 7 A 7,5 FR.	Catéter de poliuretano 16 a 24 cm de longitud, descartable, estéril con jeringa y aguja incluída, con alambre guía de doble punta. Kit completo; aguja introductora, tapones intermitentes, con o sin hoja de bisturí, con o sin jeringa para infiltrar piel, aguja dilatadora, aleta de sutura móvil con traba clamp. Presentación: kit.	Unidad			RCA N°020-005/10	3.149	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	176	6763	CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 22 FR.de 20 a23 cm de longitud	Estéril, Descartable,Material Vialón o Poliuretano	Unidad			Res. 049-029/05	3.150	
Serv.Oncología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	177	7058	CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 3 FR. De 45 a 50 cm de longitud	100% Siliconado,Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	3.151	
Serv. Oncología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	178	7164	CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/PUNCIÓN SUBCLAVIA NIÑOS - ESTÉRIL, DE 4 A 6 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona) - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores con cierre deslizable; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber ,- 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	Unidad			Res. Nº 134-006/10 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.152	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Ser. Oncología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	179	7165	CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona): - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores de Slidelock; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber; - 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	Unidad			Res Nº 134-006/10	3.153	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	180	9277	CATÉTER SILICONADO PARA AFÉRESIS DOBLE LÚMEN DE LARGA DURACIÓN TIPO HICKMAN		Unidad				3.154	
Neonatologia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	181	3102	CATÉTER UMBILICAL VENOSO DOBLE LUMEN	*Esteril*poliuretano*doble lumen*calibre 3,5 Fr a 4FR*Longitud 35 a 38 cm*Graduado cada cm* Extremo distal abierto redondeado*	Unidad			RCA N° 062-007/06-RCA N° 011-013/2020	3.155	
Neonatologia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	182	3101	CATÉTER UMBILICAL ARTERIAL UNILÚMEN	*Esteril*poliuretano*unilumen*calibre 3,5 Fr a 4FR*Longitud 35 a41 cm*Graduado cada cm* Extremo distal abierto redondeado*	Unidad			RCA N° 062-007/06-RCA N° 011-013/2020	3.156	
Patología Cerv	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	183	4808	CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA (ANAT.PATOLÓGICA)		Unidad				3.157	
Patología Cerv	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	184	5456	CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.	Para uso en Patología cervical, con protector distal antiperforación.	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 106-019/12	3.158	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	185	3529	CEPILLO QUIRÚRGICO	Cepillo Quirúrgico Impregnado Con Iodopovidona. Descartable	Unidad				3.159	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	186	3915	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 10 CM	10 cm. De ancho x 5 mt. De largo mínimo, alta adherencia, en sustrato impermeable (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.160	
TOMOGRAFÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	187	3916	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 10 CM ANTIALÉRGICA	10 cm de ancho x 4,5 mt de largo mínimo, antialérgico, alta adherencia, impermeable	Unidad				3.161	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	188	3909	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 2.5 CM	2,5 cm de ancho x 5 m. de largo mìnimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.162	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	189	3911	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 5 CM	5 cm de ancho x 5 mt de largo minimo alta adherencia, en sustrato impermeable, (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 RCA: N° 036-020/2021	3.163	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	190	3913	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 7.5 CM	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mìnimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 RCA: N° 106-019/12 - RCA: N° 036-020/2021	3.164	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	191	3910	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 2.5 CM	2,5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	Unidad		Rollo	RCA: N° 061-032/12- RCA: N° 036-020/2021	3.165	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	192	3912	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM	5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	Unidad			RCA: N° 061-032/12	3.166	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	193	3914	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7.5 CM	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mìnimo, alta adherencia en sustrato impermeable (a prueba de humedad), antialérgico	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.167	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	194	5858	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON BASE TRANSPARENTE HIPOALERGÉNICA DE 7,5 CM X 5 MTS.	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mìnimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 RCA: N° 036-020/2021	3.168	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	195	2560	CINTA CARDÍACA DE 80 CM		Unidad				3.169	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	196	9279	CINTA P/ OCLUSIÓN Y REPARO VASCULAR. TAMAÑO GRANDE: AZUL	Siliconada	Unidad				3.170	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	197	9281	CINTA P/ OCLUSIÓN Y REPARO VASCULAR. TAMAÑO GRANDE: ROJO	Siliconada	Unidad				3.171	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	198	9282	CINTA P/ OCLUSIÓN Y REPARO VASCULAR. TAMAÑO PEQUEÑA: AZUL	Siliconada	Unidad				3.172	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	199	9283	CINTA P/ OCLUSIÓN Y REPARO VASCULAR. TAMAÑO PEQUEÑA: ROJA	Siliconada	Unidad				3.173	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	200	9284	CLAMP DE FAVALORO		Unidad				3.174	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	201	9285	CLAMP DEBAKEY MODIFICADO		Unidad				3.175	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	202	3103	CLAMP UMBILICAL	Estéril,Descartable,PVC, Rígido	Unidad			Res. 049-029/05	3.176	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	203	8069	CLIPS P/ VIDEO LAPAROSCÓPICA (Hemoclips Tradicional)	CLIPS de Titanio, Mediano, Esterilizado a Oxido de Etileno	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.177	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	204	9286	CLIPS PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO - SEMICURVO Y RECTO DE 90 MM.		Unidad				3.178	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	205	9287	CLIPS PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO - SEMICURVO Y RECTO DE 40 MM.		Unidad				3.179	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	206	9288	CLIPS PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO - SEMICURVO Y RECTO DE 45MM.		Unidad				3.180	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	207	9289	CLIPS PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO - SEMICURVO Y RECTO DE 50 MM.		Unidad				3.181	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	208	9290	CLIPS PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO - SEMICURVO Y RECTO DE 55 MM.		Unidad				3.182	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	209	9291	CLIPS PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO - SEMICURVO Y RECTO DE 60 MM.		Unidad				3.183	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	210	8639	CLIPS PARA ARTERIA MAMARIA CL200		Unidad				3.184	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	211	3846	COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	De Látex,	Unidad				3.185	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	212	9292	COMBITUBE		Unidad				3.186	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	213	5761	COMPRESA ABDOMINAL 45 X 45 cm (+ - 5 cm)	Dobladas en cuatro capas, con cinta radiópaca, sin almidón, Absorvente, No Estériles,Confeccionada en Gasa de 16 Hebras xcm2	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020-2021	3.187	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	214	5941	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODÓN C/ CINTA RADIÓPACA S/ ALMIDÓN. ABSORVENTE	No Estériles Confeccionadas En Gasa De 16 Hebras X Cm2	Unidad				3.188	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	215	7029	CONECTOR OROTRAQUEAL CON CONECTOR DE OXÍMETRO		Unidad				3.189	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	216	10646	CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL.	Con dos vías de acceso distal, puerto de inyección no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con cierre deslizante en cada una de las vías, conector próxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, libre de látex y DEHP, estéril y libre de pirógenos. Longitud 15 cm (+- 5 cm).	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res. Nº 070-016/11 RCA: N° 061-032/12 - RCA N°031-003/18	3.190	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	217	9293	CONFORMADOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FENESTRADO	Set De Tres: Grande, Mediano Y Chico	Unidad				3.191	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	218	3918-1	CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard.	Par			Res. Nº 004-021/09 RCA: N° 082-003/17	3.192	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	219	3918-2	CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard..	Unidad			Res. Nº 004-021/09 RCA: N° 082-003/17	3.193	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	220	6876	CUCHILLA PARA MICRÓTOMO DESCARTABLE	Acero Inoxidable. 35 ° Y 80 Mm de Longitud. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.194	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	221	4815	CUCHILLAS DESECHABLES EN EXPENDEDOR (ANAT. PATOLÓG.)		Unidad				3.195	
Urología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	222	9294	CUCHILLAS PARA URETRÓTOMOS	P Eq. Uretrótomo Storz (Pips)	Unidad				3.196	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	223	6286	DILATADOR TRAQUEAL DE 12, 5 CM		Unidad				3.197	
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	224	9678	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)	Estéril,carga de cobre por DIU:380	Unidad		Unidad	Res.N° 062-006/06 RCA: N° 036-020/2021, Mod. RGS D-137/23	3.198	
Ginecología, Obstetricia y Medicina Perinatal	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	225	11325	Implante Sub Dérmico	Etonogestrel 68 mg	Unidad		Aplicador estéril descartable	RCA: N° 053-031/19	3.199	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	226	10146	DISPOSITIVO ó CABEZAL DE CENTRIFUGACIÓN PARA C.E.C. (Cirugía Extracorpórea)	Descartable, adaptable a máquina de Circulación Extracorpórea modelo Sarns 8000-Terumo 3M	Unidad			RCA N° 054-035/08	3.200	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	227	3531	DREN DE PENROSE 1	Desechable Estéril. De Látex	Unidad				3.201	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	228	3534	DREN DE PENROSE 1/4	Desechable Estéril. De Látex	Unidad				3.202	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	229	3533	DREN DE PENROSE 5/8	Desechable Estéril. De Látex	Unidad				3.203	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	230	3632	ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO EPICÁRDICO. C/ 2 AGUJAS	Agujas Recta Y Curva	Unidad				3.204	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	231	3633	ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 4 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 5 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	Unidad		Unidad	Res.N° 099-023/10 - RCA: N° 036-020/2021	3.205	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	232	5875	ELECTRODO DESCARTABLE NEONATAL	Para recién nacido, cabecera de metal, base de forma circular, cuadrada o rectangular, soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse,empaque resistente a la humedad.	Unidad			Res.N° 099-023/10	3.206	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	233	3628	ELECTRODO DESCARTABLE PEDIÁTRICO	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 3 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 4 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	Unidad			Res.N° 099-023/10	3.207	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	234	6030	ELECTRODO NIBH DE 4 FR PARA MARCAPASOS TEMPORARIO EN NIÑOS		Unidad				3.208	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	235	6029	ELECTRODO NIBH DE 5 FR PARA MARCAPASOS TEMPORARIO		Unidad				3.209	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	236	7284	ELECTRODO NIBH DE 7 - 8 FRENCH PARA MARCAPASO TEMPORARIO	De 7 Fr. a 8 Fr.-	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.210	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	237	7285	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO		Unidad				3.211	
Servicio de Ginecología y Obstetricia.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	238	9485	ENDOCEPTIVO DE LEVONORGESTREL 20 mcg./24 h.	Sistema Intrauterino de levonorgestrel.- Servicio de Ginecología y Obstetricia.	Unidad			RCA N° 104-022/08	3.212	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	239	4680	EQUIPO DE 2 VÍAS CON CONECTOR EXTERNO P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA	Con interruptores de plástico, estéril, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 117-003/10 - RCA: N° 036-020/2021	3.213	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	240	5914	EQ. DE IRRIGACIÓN P/ COLOSTOMÍA	Irrigador Con Tubuladura, Cono Para Estoma C/ Conector, Cepillo De Limpieza, Con Manga Para Irrigación	Kit				3.214	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	241	4700	EQ. DESCARTABLE P/ EXANGUÍNEO	No Tiene	Unidad				3.215	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	242	9295	EQ. P/ ADMINISTRACIÓN DE SOLC.C/ FOTOSENS. C/ MACROGOTERO	C/ Aguja Incluída	Unidad				3.216	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	243	5592	EQ. P/ ADMINISTRACIÓN ENTERAL	No Tiene	Unidad				3.217	
~~Oncologia~~	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	244	6279	EQ. P/ ADMINISTRACIÓN I.V. C/ REGUL. P/ PACLITAXEL	No Tiene	Unidad				3.218	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	245	6014	EQ. P/ NUTRICIÓN ENTERAL TIPO MICROFIX ENTERAL	No Tiene	Unidad				3.219	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	246	10643	EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV. MACROGOTERO	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de partículas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector.Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conección próxima al paciente. Longitud 180 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o trasporte de los desechos. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 070-016/11 - RCA N°031-003/18 - RCA: N° 036-020/2021	3.220	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	247	3929	EQ. PERICRANEAL N° 19	Estèril Descartable	Unidad				3.221	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	248	3926	EQ. PERICRANEAL N° 21	Estèril Descartable	Unidad				3.222	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	249	3927	EQ. PERICRANEAL N° 23	Estèril Descartable	Unidad				3.223	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	250	3928	EQ. PERICRANEAL N° 25	Estèril Descartable	Unidad				3.224	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	251	3925	EQUIPO VOLUMÉTRICO DE INFUSIÓN IV MICROGOTERO	Equipo volumétrico transparente de 150 ml. (+ 30 ml.) graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de particulas, espiga con protector, calibrado a 60 gotas/ml, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión con dos regulador de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladura entre la cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la línea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatibles con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+-20 cm), medición longitud de la tubuladura desde abajo de la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o trasporte de los desechos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res Nº 091-030/10. Res. Nº 070-016/11 RCA: N°001-013/16 - RCA N°031-003/18	3.225	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	252	10645	EQUIPO VOLUMÉTRICO DE INFUSIÓN IV MACROGOTERO	Equipo volumétrico transparente de 150 ml. (+30 ml.) graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de partículas, espiga con protector, calibrado a 20 gotas/ml, con cámara de goteo trasparente para la visualización de la infusión, con dos regulador de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladora entre la cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la linea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC, grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser ulizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.Nº 070-016/11 RCA: N°001-013/16 - RCA N°031-003/18 - RCA: N° 036-020/2021	3.226	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	253	3924	EQ. VOLUMÉTRICO C/ CÁMARA RÍGIDA GRADUADA Y MICROGOT. P/ SOL./ FOTOSENSIBLES		Unidad				3.227	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	254	4694	EQ. VOLUMÉTRICO P/ SANGRE C/ FILTRO Y MACROGOTERO.	Cámara Rígida De 150 Cc Graduada C/ 1Cc	Unidad				3.228	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	255	3932	EQ.P/ADMINISTRACIÓN DE SOLUC.C/FOTOSENSIBLE. C/MICROGOTERO	C/ Aguja Incluída	Unidad				3.229	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	256	10644	EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV MICROGOTERO	Calibrado a 60 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de particulas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en Estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 180 cm (+- 20cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res. Nº 070-016/11 - RCA N°031-003/18	3.230	
Obstetricia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	257	10149	EQUIPO DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDO UTERINA CON SISTEMA INTELIGENTE DE ADAPTACIÓN (AMEU IPAS PLUS)	Componentes: Aspirador cilindrico de 60 ml, con aro de seguridad; Válvulas(sencillas y dobles); Embolo con mango ergonómico y anillos de seguridad; Sistema de cánulas rígidas multiuso: cánulas de, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm. Capacidad: contención 60 cc; succión 24 - 26 pulgadas de mercurio, compatibilidad con canulas rígidas mutiuso. Estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 127-035/10. Res. Nº 070-016/11. RCA: N° 050-037/13	3.231	
UTIA, Cirugía General	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	258	2605	EQUIPO P/ MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL	PVC, graduado de 0 (+ - 0) hasta 25 cm (+-10), recto y rígido, estéril, descartable, con o sin filtro. El extremo debe tener encastre perfecto a la llave de tres vías.	Unidad			Mod. N° 086-007/10	3.232	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	259	9296	EQUIPO PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS U OTRAS LESIONES SANGRANTES. EQUIPO MULTIBANDAS	Equipo Multibandas Código Mbl	Unidad				3.233	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	260	9482	HISOPO PARA TOMA DE MUESTRA CON MEDIO DE TRANSPORTE PARA VIRUS.	Hisopo estéril individual con mango flexible DE POLIETILENO ROMPIBLE, con punta de rayón o dacrón(de tamaño pequeño que facilite su introducción en orificios nasales de pacientes pediátricos) LARGO TOTAL MINIMO DE 14 CM,PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL.Con medio de transporte para viruys (2 ml como mínimo), que debe contener solución de Hnk`s o MEM (Medio Esencial Mínimo), estabilizador que puede ser (albúmina bovina, lactoalbúmina o suero bovino fetal), y antimicrobiales que eviten el crecimiento de bacterias y hongos.	Unidad			RCA N° 020-004/10 - RCA Nº 040-003/2020	3.234	
Oftalmología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	261	9297-2	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 10 MM DE DIÁMETRO	DE 10 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.235	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	262	9297-3	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 14 MM DE DIÁMETRO	DE 14 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.236	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	263	9297-4	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 18 MM DE DIÁMETRO	DE 18 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.237	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	264	9297-5	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 22 MM DE DIÁMETRO	DE 22 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.238	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	265	4242	ESPÁTULA DE MADERA P/ PATOLOGÍA CERVICAL	Paquete por 100 a 200 Unidades	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.239	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	266	2612	ESPÉCULO ANAL DESCARTABLE	Plástico Rígido Estéril	Unidad				3.240	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	267	5884	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE CHICO	Estéril	Unidad				3.241	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	268	5886	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	Estéril. Envase individual	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.242	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	269	5885	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	Estérill	Unidad				3.243	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	270	9298	ESPONJA ABSORBENTE CON MANGUITO	DE PLÁSTICO DE 8 MM DE LARGO O MENOR , ESTÉRILES. Caja por 10 y/o 20 paq.	Unidad		Unidad	Res. Nº 126-018/09. Mod Res. Nº 050-007/11.- RCA N° 039-019/2021	3.244	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	271	3004	ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA	Esponja Hemostática Quirúrgica de Colágeno Natural de Origen Bovino de 8+/-2 cm x 6+/- 2cm x 1 +- 0,5 cm	Unidad			RCA: N° 033-007/17	3.245	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	272	5461	ESTABILIZADOR DE ARTERIA CORONARIA	Para Cirugia De By Pass Sin Extracorpórea	Unidad				3.246	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	273	9694	FILTRO ANTILEUCOCITARIO	Filtro Antileucocitario de no menor de 4 logaritmos de eficiencias	Unidad			Res. N° 067-004/06	3.247	
Medicina Transfusional	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	274	4697	Filtros Antileucocitarios para la transfusión de Globulos Rojos.	Los filtros deberán ser de alta eficiencia en la remoción de leucocitos (99,99%) (Log 4), Nivel residual mínimo de leucocitos 5 x 10^6 / unidad posterior de filtración.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.248	
Medicina Transfusional	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	275	4698	Filtros Antileucocitarios para la transfusión de Plaquetas.	Los filtros deberán ser de alta eficiencia en la remoción de leucocitos (99,99%) (Log 4), Nivel residual mínimo de leucocitos 5 x 10^6 / unidad posterior de filtración.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.249	
Medicina Transfusional	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	276	11034	Reactivo para determinación del grupo hemático ABO	Reactivo para determinación del grupo hemático ABO, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.250	
Medicina Transfusional	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	277	11035	Reactivo para determinación de Fenotipo Rh y Kell	Reactivo para determinación de Fenotipo Rh y Kell, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.251	
Medicina Transfusional	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	278	11036	Pesquisa de Anticuerpos Irregulares	Pesquisa de Anticuerpos Irregulares, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.252	
Medicina Transfusional	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	279	11037	Test de Coombs Directo.	Test de Coombs Directo, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.253	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	280	10240	FILTRO DE 0,22 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL SIN LÍPIDOS.	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	3.254	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	281	10241	FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición. Esteril.	Unidad		Unidad	Res. Nº 020-008/09 - RCA: N° 036-020/2021	3.255	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	282	4225	FILTRO BACTERIANO C/ HUMIDIFICADOR	Estéril, Descartable,Con Adaptador Corrugado	Unidad			Res.020-005/10	3.256	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	283	9302	FILTRO DE PROTECCIÓN CEREBRAL PARA ANGIOPLASTÍA DE CARÓTIDA (ANGIOGUARD)		Unidad				3.257	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	284	4885	FILTRO DE VENA CAVA		Unidad				3.258	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	285	9303	FLEBOEXTRACTOR DESECHABLE	Paquete de 10/20 Unidades	Unidad				3.259	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	286	3866	FRASCO GOTERO PLÁSTICO 30 CC	PVCCon Tapa Rosca Y Contratapa Con Inserto Gotero. Paquetes De 10 / 20 Unidades.	Unidad				3.260	
AC Microb	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	287	3868	FRASCO PLÁSTICO C/ INSCRIPCIÓN IPS 500 CC	PVC Con Tapa Rosca Y Contratapa . Paquetes De 10/20 Unidades	Unidad				3.261	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	288	3880	FRASCOS ESTÉRILES X 10 CC	De vidrio, con tapa hermética,estéril	Unidad			Res. 049-029/05	3.262	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	289	3867	FRASCOS PLÁSTICOS C/ INSCRIPCIÓN IPS 250 CC	PVC Con Tapa Rosca Y Contratapa . Paquetes De 10/20 Unidades	Unidad				3.263	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	290	5788	GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)	Abiertas:15 x 15 cm y dobladas en cuatro deben medir 7,5 x 7,5 cm, algodón 100% absorvente, material no deshilachable,blanca, paquetes de 10/20 unidades.	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.264	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	291	5787	GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 10 X 10 CM (+ - 1)	Blanca, de Algodón Absorvente. Material NO DESHILACHABLE, Paquetes de 10 A 20 Unidades, que dobladas en cuatro deben medir 10 x 10 cm (+ - 1)	Unidad				3.265	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	292	3896	GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL.	Cortada en piezas de 40 m de largo mínimo X 90 a 100 cm de ancho, doblada en zig zag, algodón 100%, absorbente, mínimo 16 hebras/cm2 con terminaciones laterales como mínimo de tres hilos. Serán sometidos a los sgtes. estudios: -capacidad de retención de agua; -contenido de algodón; -peso/m2: como mínimo 24,5 g/m2; -acidez y alcalinidad; -número de hilos. (Según Farmacopea Americana USP 35 NF 30 o ediciones posteriores).	Metro		Paquete	RCA N° 012-004/09 RCA: N° 049-099/13 RCA N° 061-021/13 - RCA: N° 036-020/2021	3.266	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	293	9304	GEL BIOLÓGICO	Coadyuvante Líquido	Pomo				3.267	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	294	3917	GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES	Desechables resistente a fluídos, tamaño estándar con goma.	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.268	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	295	3549	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL Nº 8 1/2	Látex Quirúrgico. Largo	Par				3.269	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	296	3543	GUANTE GRANDE NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Caja	Unidad		Unidad	RCA: N° 069-010/12 RCA: N° 036-020/2021	3.270	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	297	3542-1	GUANTE MEDIANO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación par. La presentación en par sera excluido del CBI una vez que se agote en stock.	Unidad			RCA: N° 069-010/12	3.271	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	298	3542-2	GUANTE MEDIANO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Caja	Unidad		Unidad	RCA: N° 069-010/12 RCA: N° 036-020/2021	3.272	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	299	3544-1	GUANTE PEQUEÑO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación par. La presentación en par sera excluido del CBI una vez que se agote en stock.	Unidad			RCA: N° 069-010/12	3.273	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	300	3544-2	GUANTE PEQUEÑO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Caja	Unidad		Unidad	RCA: N° 069-010/12 RCA: N° 036-020/2021	3.274	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	301	3547	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL Nº 6 1/2	Látex Quirúrgico. Largo. Envoltorio grado medico, sobre esteril. Par	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.275	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	302	3548	GUANTE QUIRÚRGICO N°7 1/2 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 047-007/15	3.276	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	303	3545	GUANTE QUIRÚRGICO N°7 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 047-007/15	3.277	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	304	3546	GUANTE QUIRÚRGICO N°8 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño". Envoltorio grado medico, sobre esteril. Par.	Unidad		Unidad	RCA N° 081-031/06 RCA: N° 047-007/15 RCA: N° 036-020/2021	3.278	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	305	10154	HALO CEFÁLICO PEQUEÑO	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad			RCA N° 041-020/08	3.279	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	306	3550	HALO CEFÁLICO GRANDE	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad			RCA N° 041-020/08	3.280	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	307	10155	HALO CEFÁLICO MEDIANO	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad			RCA N° 041-020/08	3.281	
Servicio de Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	308	10147	HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ADULTOS	Descartable, adaptable a Máquina de Circulación Extracorpórea Modelo Sarns 8000-Terumo 3M	Unidad		unidad	RCA N° 054-035/08 RCA: N° 036-020/2021	3.282	
Servicio de Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	309	10148	HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICO	Descartable, adaptable a Máquina de Circulación Extracorpórea Modelo Sarns 8000-Terumo 3M	Unidad			RCA N° 054-035/08	3.283	
Ortopedia y Traumatología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	310	8640	HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 10 a 14 FR. PEDIÁTRICO	Estéril de PVC con tubuladura, pediátrico, 10 a 14 Fr.	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.284	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Ortopedia y Traumatología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	311	3355	HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 16 a 18 FR. ADULTOS	Estéril de PVC con tubuladura, 16 a 18 Fr.	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.285	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	312	3123	HOJA DE BISTURÍ N° 15	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.286	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	313	2477	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 10	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.287	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	314	3122	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.288	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	315	2478	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 20	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				3.289	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	316	2479	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 21	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.290	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	317	2480	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.291	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	318	2481	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 23	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.292	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	319	2482	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 24	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.293	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	320	9309	HOJA PARA RASURADORA MANUAL		Unidad				3.294	
Oncología- (Hospital Central)	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	321	10145	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 150 cc a 270 cc para goteo continuo de 48 hs a 54 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la línea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos. Equipo fotosensible o con bolsas protectoras para goteo de medicaciones citostáticos sensibles a la luz. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 041-020/08 - RCA: N° 047-001/18- RCA: N° 036-020/2021	3.295	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	322	10144	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 65 cc a 125 cc para un goteo continuo de 24 hs a 25 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la linea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA N° 041-020/08 - RCA: N° 047-001/18	3.296	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	323	7171	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 8 FRENCH	Con Aguja de Punción Arterial (Kit). Envase esteril individual grado medico.	Unidad		Kit	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020-2021	3.297	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	324	4869	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 5 FRENCH		Unidad				3.298	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	325	9310	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 6 FRENCH		Unidad				3.299	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UTIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	326	9311	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 7 FRENCH		Unidad				3.300	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	327	6750	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 8 FRENCH	Estéril, descartable.	Unidad				3.301	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	328	9313	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 9 FRENCH		Unidad				3.302	
Cirugía GENERAL	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	329	9314	INTRODUCTOR DE PRÓTESIS DE MALAFAIA	Parte De Acero Inoxidable De 11 Cm (Dilatador) Y Tubo Semi Flexible Con Terminales De Acero De 73 Cm	Unidad				3.303	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	330	9315	INTRODUCTOR PARA ALAMBRE GUÍA 0,014 DE ANGIOPLASTÍA CORONARIA		Unidad				3.304	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	331	8732	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 10 FRENCH		Unidad				3.305	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	332	5625	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 5 FRENCH		Unidad				3.306	
Cardiocirugía, UTI	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	333	8733	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 6 FRENCH	Estéril, descartable	Unidad			RES N° 038-022/08	3.307	
Cardiocirugía, UTI	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	334	8734	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 7 FRENCH	Estéril, descartable	Unidad			RES N° 038-022/08	3.308	
Cardiocirugía, UTI	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	335	8735	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 8 FRENCH	Estéril, descartable	Unidad			RES N° 038-022/08	3.309	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	336	8736	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 9 FRENCH		Unidad				3.310	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	337	11466	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO DE 6 FR	Largo de 20 a 25 cm con aguja, guía para paso de guía 0.18 y 0.38 Estéril, descartable.-	Set			Res.N° 071-021/06	3.311	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	338	4701	INYECTOR P/TRANSFUSIÓN DE SANGRE C/AGUJA	Macrogotero C/ Filtro, Con Cámara Flexible e Inyector Lateral	Unidad				3.312	
AC Microb	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	339	9306	HISOPOS DE ALGODÓN NO ESTÉRILES	De Algodón No Estériles	Unidad				3.313	
AC Microb	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	340	9307	HISOPOS DE DACRÓN		Unidad				3.314	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	341	2739	JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/INSULINA DE 100 UI. C/AGUJA DE 27G a 28G x 1/2	Estéril, Descartable, c/Aguja Desmontable. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 RCA: N° 036-020/2021	3.315	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	342	2742	JERINGA DESECHABLE 1 CC P/TUBERCULINA C/AGUJA 27 G a 28 G x 1/2	Estéril, descartable, c/aguja desmontable.	Unidad				3.316	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	343	2733-1	JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.317	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	344	2733-2	JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X11/2. Embolo de goma y punta a presión.	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.318	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	345	2724	JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril, Embolo de goma. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020-2021	3.319	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	346	2729	JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA	Estéril C/Aguja 21X1.1/2. Embolo De Goma y Punta Enroscable. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	Res. N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020-2021	3.320	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	347	2735	JERINGA DESECHABLE 50 a 60 CC, CONOCATÉTER SIN AGUJA	Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.321	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	348	2731-3	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G x 1 1/2	ESTÉRIL. PLASTICO C/AGUJA DESMONTABLE, 21G X 1 1/2 LIBRE DE PIRÓGENOS, CON ROSCA EMBOLO EXTERNO DISTAL DE GOMA QUE NO PERMITA FILTRACIONES, GRADUADO CADA 0,5 ML.	Unidad			Res. N°004-021/09 RCA: N° 019-018/19	3.322	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	349	2731-2	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G x 1 1/2	Estéril C/Aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta a presión.	Unidad			Res. N°004-021/09	3.323	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	350	7009	JERINGA 50 ml a 60 ml	Descartable, con aguja N° 18 o 18 1/2 o 21 o 21 1/2, pico fino con rosca, graduado por ml. De polipropileno, goma interna libre de Látex. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res. Nº 022-028/07 - RCA: N° 047-001/18	3.324	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	351	9765	KIT DE CITOSTOMÍA SUPRAPÚBICA PERCUTÁNEA TIPO STAMEY	Con aguja obturadora, catéter de malecot de poliuretano 14 FR, 25 cm. Con conector y llave de una vía	Kit			Res. N° 022-029/07	3.325	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	352	9766	KIT DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA TIPO MALECOT, 10 FR Y 30 CM.	Con aguja de punción N° 18 con cable guía de acero inoxidable recubierto (TFE) de 0,97 mm. De diámetro, 80 cm de largo con "Stylet" flexible, disco de retención, tubo conector	kit			Res. N° 022-029/07	3.326	
UROLOGíA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	353	9767	KIT DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA TIPO PIGTAIL, 10 FR Y 30 CM.	Poliuretano,con aguja de punción N° 22 de 20 cm Cable guía de acero inoxidable recubierto, dilatadores de 9, 10, 12 Fr. Y disco de retención, tubo conector con llave para cierre	kit			Res. N° 022-029/07	3.327	
TRAUMATOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	354	8071	KIT DE PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA DE LA VÍA AÉREA (CPAP)	Con máscara	Kit				3.328	
TRAUMATOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	355	9319	KIT DE VERTEBROPLASTÍA CON AGUJA 11 DBBNY-11-10.0-MI-BC		Kit				3.329	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	356	9320	KIT DE VERTEBROPLASTÍA CON AGUJA 13 DBBNY-13-15.0-MI-BC		Kit				3.330	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	357	9321	KIT P/ CRANEOPLASTÍA		Unidad				3.331	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	358	4388	LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE	Desechable, estéril	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.332	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	359	4390	LÁPIZ DEMOGRÁFICO	No Tiene	Unidad				3.333	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	360	9322	LÁPIZ MARCADOR DE VIOLETA DE GENCIANA, ESTÉRIL, DESECHABLE	Paq. X 10	Unidad				3.334	
Cir Gral-Cir Ped	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	361	3737	LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE	Plástico Rígido Estéril, conección a rosca	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.335	
Cirugia General	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	362	2856	MALLA DE POLIPROPILENO GRANDE 30 x 30 cm (+ - 5)	Con tramas no deshilachables al producirse el corte, estéril	Unidad			RCA N° 038-022/08	3.336	
Cir Gral-Cir Ped	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	363	7095	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 x 15 cm	Estéril. Variación del ancho + 10 cm y del largo + 5 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 063-008/07 - RCA: N° 036-020/2021	3.337	
Serv.Cir.Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	364	7096	MALLA DE POLIPROPILENO 3 CUERPOS (HOJA SUPERIOR, CONECTOR Y HOJA INFERIOR) UNIDO POR UN TALLO PHs	Estéril	Unidad			Res. 049-029/05	3.338	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	365	4824	MARCADOR INDELEBLE P/ VIDRIO PUNTA FINA	No Tiene	Papel				3.339	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	366	10013	MÁSCARA DE PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA , TAMAÑO GRANDE PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Reutilizable. Con todos sus accesorios (cartuchos o filtros intercambiables, retenedores, etc.) desarmable, liviana con buena visibilidad, ajustable al rostro del personal operario mediante soportes de cabeza. Con o sin válvula de inhalación y exalación. Fabricada en material que no produzca alérgias ni irritación al personal operario. Resistente a la acción de agentes antisépticos y de limpieza.	UNIDAD			Res.N° 064-041/07	3.340	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	367	10012	MÁSCARA DE PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA , TAMAÑO MEDIANO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Reutilizable. Con todos sus accesorios (cartuchos o filtros intercambiables, retenedores, etc.) desarmable, liviana con buena visibilidad, ajustable al rostro del personal operario mediante soportes de cabeza. Con o sin válvula de inhalación y exalación. Fabricada en material que no produzca alérgias ni irritación al personal operario. Resistente a la acción de agentes antisépticos y de limpieza.	UNIDAD			Res.N° 064-041/07	3.341	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	368	10057	MÁSCARA DE PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA , TAMAÑO PEQUEÑO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Reutilizable. Con todos sus accesorios (cartuchos o filtros intercambiables, retenedores, etc.) desarmable, liviana con buena visibilidad, ajustable al rostro del personal operario mediante soportes de cabeza. Con o sin válvula de inhalación y exalación. Fabricada en material que no produzca alérgias ni irritación al personal operario. Resistente a la acción de agentes antisépticos y de limpieza.	UNIDAD			Res.N° 064-041/07	3.342	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	369	9326	MÁSCARA FACIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA		Unidad				3.343	
hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	370	11365	MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	Macarilla quirúrgica,con triple filtro,en tela no tejidaTNT(POLIPROPILENO),SIN COSTURAS,UNIONESPOR TERMOSELLADOS U ULTRASONICOS) de alta resistencia a los fluidos, debe permitir buena transpirabilidad, las caras internas y externas deben estar claramente identificadas. Hipoalergenico con filtro de 3 pliegues sujeción elástica a la oreja. Con sujeccion nasal. Tamaño minimo plegado de 17 cm x 9 cm.	Unidad			RCA Nº 040-003/2020	3.344	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	371	3919	MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	Con triple filtro, resistente a fluidos, material liviano, flexible con cuatro tiras fijadoras separadas	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 - RCA: N° 036-020/2021	3.345	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	372	10295	MÁSCARA DE PROTECCIÓN N 95	Descartable, espuma interna, con filtro adecuado contra bacilos de la Tuberculosis, con precinta de seguridad elástica para prender, adaptables a la cabeza, cuyo compartimiento debe poseer un tenor de O2 superior a 18% PV y no debe contener concentración de sustancias nocivas, en envoltorios individuales con indicación para el uso, forma convexa, adaptable a amplio rango de tamaños de cara.	Unidad			Res. Nº 040-011/09	3.346	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	373	9327	MONOVACUOMETRO		Unidad				3.347	
Servicio de Neurología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	374	4823	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA	Pote plástico x 400 a 500 gramos, con tapa hermética	Unidad			RCA N° 031-024/07	3.348	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	375	3921	PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Con: 4 chalecos o batas quirúrgicas, confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelencia a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana. Longitud de las batas: de 120 a 135 cm. - Mangas con puño elastizado reforzado de 5 a15 cm de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano; - 5 compresas de campo de 1,20 x 1,20 mts.(+ - 0,3 mts) de tela tejida, tipo SSMMS; - 6 compresas de vientre de 0,50 x 0,65 mts. (+ - 0,3 mts); - 1 cobertor de mesa de 1,30 x 1,80 mts. (0,3 mts). Material plástico impermeable; - 1 cobertor fenestrado de 2,00x 3,15 mts.(+ - 0,3mts) de tela tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			Res. N° 040--015/09. Res. Nº 070-016/11	3.349	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	376	3920	PAQUETE P/CIRUGÍA ESTÉRIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Cada paquete deberá contar como mínimo con: 4 chalecos o batas quirúrgicas , confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelente a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana, longitud de las batas de 120 a 135 cm. Mangas con puño elastizado, reforzado de 5 a 15 cm aprox. de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano 4 compresas de campo 1,20 mts x 1,20 mts (+ - 0,3 mts)de tela tejida, tipo SSMMS 6 compresas de vientre (0,50 x 0,65mts(+ - 0,3 mts) 1 cobertor de mesa,de 1,30 x 1,80 mts (+ - 0,3 mts), material plástico impermeable; 1 cobertor fenestrado de 2,00 x 3,15 mts (+ - 0,3 mts) de tela no tejida tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Presentación: kit	Unidad			Res. N° 040-015/09. Res. Nº 070-016/11	3.350	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	377	4603	PH / BLOCK GAS SLOPE SOLUTIÓN	No Tiene	Unidad				3.351	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	378	9770	PINZA PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (45°)	Sistema por aspiración de 45 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable	Unidad			Res. N° 022-029/07	3.352	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	379	9771	PINZA PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (90°)	Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable	Unidad			Res. N° 022-029/07	3.353	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	380	3870	POTES DE PLÁSTICO C/ TAPA BOCA ANCHA	Tapa A Presión. 30 G De Capacidad	Unidad				3.354	
Programa Salud Reproductiva Gineco Obstetricia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	381	3871	POTES DE POLIET. C/ TAPA A PRESIÓN. 30 G	No Tiene	Unidad				3.355	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	382	10015	PREFILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVOS, NEBLINAS, ETC. PARA LA MÁSCARA DE PROTECCIÓN	Adaptables a máscara de protección para vapores orgánicos y gases tóxicos.	UNIDAD			Res.N° 064-041/07	3.356	
ESPECIALIDADES MÉDICAS - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	383	9481	PRESERVATIVO	De Látex de caucho natural, resistente a roturas, Lubricado con Cloruro de Benzalconio o silicona, con Depósito, Adaptable, Flexible, para uso masculino. Envase individual, esteril.	Unidad		Unidad	Res.N° 060-006/06. Mod. Res. Nº 046-006/11 - RCA: N° 036-020/2021, Mod. RGS D-137/23	3.357	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	384	7346	PRESURIZADOR	Presurizador Uti Manual De 500 Mm Hg Adaptable P/Catéter De Termodil.Swan Gang, Para Quirófano Para Difusor De Sangre	Unidad				3.358	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Bq Cl	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	385	4536	PRINTER PAPER COD. 478638 EQ. CIBA CORNING 644		Unidad				3.359	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	386	4535	PRINTER RIBBON	Casette Eq. Ciba Corning 644 (Electrolitos)	Unidad				3.360	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	387	4534	PRINTER SYSTEM. P/ EQ. DE ELECTROLÍTOS	No Tiene	Unidad				3.361	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	388	9332	PRÓTESIS DE TUNELIZACIÓN ESOFÁGICA (MALAFAIA) DE 15 CM DE LONGITUD. CON HILO DE ALGODÓN		Unidad				3.362	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	389	9333	PRÓTESIS DE TUNELIZACIÓN ESOFÁGICA (MALAFAIA) DE 19 CM DE LONGITUD. CON HILO DE ALGODÓN		Unidad				3.363	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	390	9334	PUERTO DE ACCESO VASCULAR TOTALMENTE IMPLANTABLE		Unidad				3.364	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	391	7077	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	Caracteristicas de los punch de tipo Regular. Borde cortante agudo de acero inoxidable. Mango Acanalado. Tamaño grabado en cada punc Numero 3 (3mm de diametro el borde cortante) Esteril Desechable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.365	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	392	7078	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	Caracteristicas de los punch de tipo Regular. Borde cortante agudo de acero inoxidable. Mango Acanalado. Tamaño grabado en cada punc Numero 4 (4mm de diametro el borde cortante) Esteril Desechable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.366	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	393	9335	REDUCTOR PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA TROCAR DE 10-12 A 5 MM CON VÁLVULA FLOTANTE		Unidad				3.367	
GASTROENTEROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	394	5812	RESERVORIO PARA SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA	P/ Bomba P/ Cardioplejía Machi (Pips)	Unidad				3.368	
UROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	395	9336	SET PARA CISTOSTOMÍA N° 12	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 007-003/10	3.369	
UROLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	396	9337	SET PARA CISTOSTOMÍA N° 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 007-003/10	3.370	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	397	9338	SET PARA NEFROSTOMÍA Nº 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 007-003/10	3.371	
Cardiocirugía,	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	398	5601	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 0,5 MM DE DIÁMETRO	Siliconado Estéril	Unidad				3.372	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	399	7093	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 1 MM DE DIÁMETRO	Siliconado Estéril	Unidad				3.373	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	400	7094	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 1,5 MM DE DIÁMETRO.	Siliconado Estéril	Unidad				3.374	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	401	6028	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 2MM DE DIÁMETRO	Siliconado Estéril	Unidad				3.375	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	402	7090	SHUNT PARA CARÓTIDA 3 X 4 MM		Unidad			Res.N° 079-043/06	3.376	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	403	7091	SHUNT PARA CARÓTIDA 3,5 X 5 MM		Unidad				3.377	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	404	7092	SHUNT PARA CARÓTIDA 4 X 5 MM		Unidad			Res.N° 079-043/06	3.378	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	405	7059	SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA DE 10 FRENCH	Incluye Catéter Guía De 10 French Y Catéter Empujador De 10 French. Desechable	Unidad				3.379	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	406	6435	SISTEMA DE INTRODUCTOR DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA 8,5 FR.	Incluye catéter guía de 8,5 French y catéter empujador de 8,5 French desechable p/endoscopía.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	3.380	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	407	9686	SONDA BALÓN DE TAPONAMIENTO ESOFÁGICO TIPO STENGTAKEN BLACKEMORE N° 14	Sonda balón de triple vía para taponamiento de várices esofágicas y del techo gástrico, con 2 balones, Uno gástrico y Otro esofágico. De material de Silicona. Desechable, Estéril; Kit.-	Unidad			Res.N° 062-007/06	3.381	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	408	7060	SONDA BALÓN DE TAPONAMIENTO ESOFÁGICO TIPO STENGTAKEN BLACKEMORE N° 18	Sonda balón de triple vía para taponamiento de várices esofágicas y del techo gástrico, con 2 balones, Uno gástrico y Otro esofágico. De material de Silicona. Desechable, Estéril; Kit.-	Unidad			Res.N° 062-007/06	3.382	
GASTRO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	409	7062	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL POR FRICCIÓN	Sonda De 14 Fr De 155 Cm Con Aletas A Lo Largo Del Catéter Con Marcas Graduadas Cada 10 Cm. Desechable	Unidad				3.383	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	410	2935	SONDA DE KEHR N° 14	Sonda De Kehr N 14, Látex,	Unidad				3.384	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	411	2936	SONDA DE KEHR N° 16	Sonda De Kehr N 16, Látex,	Unidad				3.385	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	412	2938	SONDA DE KEHR N° 20	Sonda De Kehr N 20, Látex,	Unidad				3.386	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	413	2939	SONDA DE KEHR N° 22	Sonda De Kehr N 22, Látex,	Unidad				3.387	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	414	3770	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8,5 C/ BALÓN	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca, Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.388	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	415	6614	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN	Flexible, PVC siliconada, radiópaca,Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.389	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	416	6623	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 10 C/ BALÓN	Flexible, Siliconada, Estéril.	Unidad				3.390	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	417	3773	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 10 SIN BALÓN	Flexible, Siliconada, Estéril.	Unidad				3.391	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	418	3757	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2 S/BALÓN	Flexible Siliconado S/ Balón Radiópaco Estéril	Unidad				3.392	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	419	3758	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 S/BALÓN	Flexible PVC Siliconada S/ Balón Radiópaco Estéril.Descartable.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.393	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	420	10158	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.394	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	421	3759	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.-	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.395	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	422	10159	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.396	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	423	3760	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.397	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	424	10160	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.398	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	425	3761	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.399	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	426	10161	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.400	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	427	3762	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.401	
Anestésia, Otorrinolaringología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	428	10162	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.402	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	429	3763	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconada sin balon. Radiopaca. Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.403	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	430	3764	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconada. Radiopaca. Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.404	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	431	6615	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 C/BALÓN,	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca. Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.405	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	432	3765	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 S/BALÓN	Flexible PVC Siliconado. Radiopaca. Estéril	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.406	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	433	6616	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.407	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	434	6617	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.408	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	435	3766	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconado. Estéril	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.409	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	436	6618	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 C/BALÓN,	Flexible, PVC estéril, siliconada, radópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.410	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	437	3767	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.411	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	438	6619	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.412	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	439	3768	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 S/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.413	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	440	6620	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/BALÓN	Flexible, PVC, siliconada, radiópaca. Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.414	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	441	3769	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.415	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	442	6621	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.416	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	443	3771	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.417	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	444	6622	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.418	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	445	3772	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.419	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	446	2920	SONDA FOLEY Nº 16 C/ BALÓN DE 5 CC	Látex Siliconada Estéril Flexible .Descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.420	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	447	8074	SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC	Siliconada, Estéril, Flexible, Descartable.	Unidad			Res. Nº 004-021/09 RCA: N° 106-019/12	3.421	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	448	6912	SONDA FOLEY Nº 20 SILICONA 2 VIAS TRASPARENTE	100% de silicona, estéril, flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.422	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	449	7040	SONDA FOLEY N°22 TRES VÍAS	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.423	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	450	7039	SONDA FOLEY N°24 TRES VÍAS-	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.424	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	451	2917	SONDA FOLEY Nº 10 C/BALÓN 5 CC.	Látex , Siliconado, estéril, flexible, descartable..	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.425	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	452	2918	SONDA FOLEY Nº 12 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.426	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	453	2919	SONDA FOLEY Nº 14 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.427	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	454	2924	SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN 30 CC,	Látex siliconado, estéril, flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.428	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	455	2921	SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN DE 5 CC	Látex, Siliconado Estéril Flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.429	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	456	2927	SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.430	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	457	2922	SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.431	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	458	7037	SONDA FOLEY Nº 6 SIN BALÓN	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.432	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	459	2916	SONDA FOLEY Nº 8 C/ BALÓN 3 a 5CC,	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09 RCA: N° 106-019/12	3.433	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	460	2926	SONDA FOLEY Nº. 12 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.434	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	461	2925	SONDA FOLEY Nº. 14 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.435	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	462	2941-1	SONDA NASOGÁSTRICA N°12 , PVC siliconada.	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.436	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	463	2941-2	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 PVC 100% siliconada.	Estéril, marerial 100 % siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.437	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	464	7038	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 11	Estéril Siliconada Radiópaca y Flexible	Unidad				3.438	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	465	2942-1	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14, PVC siliconada	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.439	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	466	2942-2	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 ,100 % de silicona.	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.440	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	467	2943-1	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16, PVC siliconada	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.441	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	468	2943-2	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 ,100% de silicona	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.442	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	469	2944-1	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18, PVC siliconada	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.443	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	470	2944-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:18 -100 % silicona	Estéril, material 100% silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 105 cm. Tipo Levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA N° 053-030/19 22 de octubre de 2019 - RCA: N° 036-020/2021	3.444	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	471	9339	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:9	Estéril, material PVC grado medico con baño de silicona, radiópaca y flexible, de long. Minima 105 cm. Tipo levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019 - RCA: N° 036-020/2021	3.445	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	472	2948-1	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 30 PVC siliconada	Estéril,material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad			Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12	3.446	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	473	2948-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:09 -TIPO K 30, 100 % DE silicona	Estéril, radiopaca, flexible, 100% silicona, longitud mínima de 60 a 105 cm. Tipo Levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019-RCA: N° 036-020/2021	3.447	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	474	2945-1	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 31 PVC siliconada	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad			Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12	3.448	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	475	2945-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr: 07 -TIPO K 31, silicona.	Estéril, radiopaca, flexible, 100% silicona, longitud mínima de 60 a 105 cm. Tipo Levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 050-037/13 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019-RCA: N° 036-020/2021	3.449	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	476	2949-1	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:06 -TIPO "K" 33 PVC	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiopaca, flexible. Long. 40 A 60 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12-RCA: N° 036-020/2021	3.450	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	477	2949-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:06 -TIPO K 33, 100 % silicona.	Estéril, material 100% silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Uniddad			Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019	3.451	
Uso hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	478	2947-1	SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 35 PVC siliconada	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad			Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12	3.452	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	479	2947-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:04 -TIPO K 35, 100% silicona	esteril, material 100% silicona, radiopaca, flexible. Long. 40-60 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019-RCA: N° 036-020/2021	3.453	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	480	7255 -1	SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.454	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	481	7255-2	SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad		Kit	RCA: N° 036-020/2021	3.455	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	482	7256-1	SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad		Kit	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.456	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	483	7256-2	SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad		Kit	RCA: N° 036-020/2021	3.457	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	484	7257-1	SONDA NASOYEYUNAL 16 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.458	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	485	7257-2	SONDA NASOYEYUNAL 16 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad				3.459	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	486	2961	SONDA NELATON Nº 20	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.460	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	487	2956	SONDA NELATON Nº 10	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.461	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	488	2957	SONDA NELATON Nº 12	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.462	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	489	2958	SONDA NELATON Nº 14	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.463	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	490	2959	SONDA NELATON Nº 16	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.464	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	491	2960	SONDA NELATON Nº 18	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.465	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	492	5909	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL (PEDIÁTRICO) TIPO K 107	Estéril, descartable, de poliuretano, con mandril guía y oliva de Tungsteno de 2 cm, doble boca	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.466	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	493	2978	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 108 DE 8 FRENCH, (ADULTOS)	De 130 cm. De poliuretano, con mandril guìa, con punta de tungsteno, de 2 cm, con doble boca.	Unidad		Kit	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	3.467	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	494	9340	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 110 DE 12 FRENCH (ADULTO)	De 130 Cm De Poliuretano C/ Mandril Guía, Con Punta De Tungsteno De 2 Cm	Unidad				3.468	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	495	2965	SONDA PEZZER Nº 16	Estéril, PVC flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.469	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	496	2966	SONDA PEZZER Nº 18	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.470	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	497	2967	SONDA PEZZER Nº 20	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.471	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	498	2971	SONDA PEZZER Nº 28	Estéril, PVC flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.472	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	499	2972	SONDA PEZZER Nº 30	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.473	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	500	2973	SONDA PEZZER Nº 32	Estéril, PVC Flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.Nº 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.474	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	501	2974	SONDA PEZZER Nº 34	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.475	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	502	2991	SONDA TRANSPILÓRICA 6FR. 100 % SILICONA	Con oliva corta,Mandril guía, radiópaca, flexible, material 100% silicona, estéril, descartable.-	Unidad			RCA N° 027-076/07	3.476	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	503	9928	SONDA TRANSPILÓRICA 6FR.SILICONADA	Material de PVC siliconado, oliva pesada de 10 mm, estéril, línea radiópaca, descartable.-	Unidad			RCA N° 027-076/07	3.477	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	504	5650	STENT DE 4 MM DE DIÁMETRO X 10A 13 MM DE LONGITUD MONTADO SOBRE BALÓN DE ALTA PRESIÓN E INTERCAMBIO RÁPIDO	Stent convencional, estéril, descartable. Aleación cromo- cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	3.478	
Cirugía Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	505	4858	STENT DE 6 A 12 MM DE Ø X 1 A 4CM DE LONGITUD		Unidad				3.479	
Neurorradiología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	506	9341	STENT DE CARÓTIDA DE 7 A 8MM DE Ø X 20 A 40 MM DE LONGITUD		Unidad				3.480	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	507	9342	STENT MONTADO PARA AORTA ABDOMINAL		Unidad				3.481	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	508	9343	STENT MONTADO PARA AORTA TORÁCICA		Unidad				3.482	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	509	9344	SUJETADOR ENDOTRAQUEAL COMERCIAL		Unidad				3.483	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	510	10016	SUJETADORES DE PREFILTROS, PARA MÁSCARA DE PROTECCIÓN OCULAR	Adaptable a máscara de protección para vapores orgánicos y gases tóxicos.	UNIDAD			Res.N° 064-041/07	3.484	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	511	9362	TAPAS PLÁSTICAS		Unidad				3.485	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	512	10049	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.486	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	513	10053	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS	Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.487	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	514	10051	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA HONGOS	Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.488	
AC Microb	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	515	9363	TARJETAS DE ANTIBIOGRAMA BACTERIANA P/ EQ. AUTOMATIZADOS		Unidad				3.489	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	516	4587	TARJETAS DE IMPRESIÓN DE RESULTADOS	P/ Eq. Coulter	Unidad				3.490	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	517	10050	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Amikacina, Ampicilina, Cefalotina, Cefoxitina,, Ceftazidima, Ciprofloxacina, Gentamicina, Imipenem,Meropenem, Trimetoprim/Sulfametoxazol, Piperacilina, Piperacilina/Tazobactam, Ampicilina/sulbactam, cefepime. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.491	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	518	10056	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA ENTEROCOCCUS SP.	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Ampicilina, Cloranfenicol, Ciprofloxacina, Gentamicina Alta Carga, Tetraciclina, Vancomicina. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.492	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	519	10055	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA STAPHYLOCOCCUS SP.	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Ciprofloxacina, Clindamicina, Eritromicina, Gentamicina, Oxacilina, Rifampicina, Trimetoprim/Sulfametoxazol, Vancomicina. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.493	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	520	10054	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Penicilina, Cefotaxima, Eritromicina, Vancomicina. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.494	
Servicio de Microbiología del H.C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	521	10052	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA HONGO	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIFÚNGICOS: Anfotericina B, Fluconazol. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	UNIDAD			RCA N° 066-016/07	3.495	
AC Microb	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	522	9364	TARJETAS P/ IDENTIFICACIÓN BACTERIANA P/ EQ. AUTOMATIZADOS		Unidad				3.496	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	523	7317	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 10 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 050-038/13	3.497	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	524	7318	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 12 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 050-038/13	3.498	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	525	7319	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 14 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 050-038/13	3.499	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	526	7320	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 16 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	Unidad			Res. Nº 127-035/10 RCA: N° 050-038/13	3.500	
Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	527	3035	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 8 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	Unidad			Res. Nº 127-035/10 RCA: N° 050-038/13	3.501	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	528	9366	TROCAR P/TORACOSENTÉSIS		Unidad				3.502	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	529	7202	TUBO " T "	Con nebulizador y tubuladura de conección para Oxígeno, PVC, Estéril o altamente desinfectada, con ó sin máscara. Presentación: kit.	Unidad			Res.N° 020-005/10	3.503	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	530	9470	TOALLA INTER-HOJAS (CAJA)	Descartable;Producidas con 100% de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos agresivos, extra blanco y suave, alta absorción y rendimiento.-	Caja				3.504	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	531	4634	TUBO DE POLYPROPILENE 12X 75 CM	Para Determinación de RIA	Unidad				3.505	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	532	8075	TUBO DE TCA (TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO)	Cartucho Con Reactivo. Uso Único	Unidad				3.506	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	533	8076	TUBO DOBLE LÚMEN IZQUIERDO / DERECHO		Unidad			Res. N° 062-007/06	3.507	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	534	6786	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 7,5	Estéril	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.508	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	535	9687	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 8	Estéril	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.509	
OTORRINO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	536	5866	TUBO DE MONTGOMERY CHICO	Tubo chico en "Y", diámetro traqueal 6 mm y 8 mm.	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.510	
OTORRINO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	537	6766	TUBO DE MONTGOMERY GRANDE	Tubo grande en T, diámetro traqueal de 12 mm.	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.511	
OTORRINO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	538	6765	TUBO DE MONTGOMERY MEDIANO	Tubo mediano en T, diámetro traqueal de 10 mm.	Unidad				3.512	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	539	5849	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 DERECHO. ESTÉRIL	Con Accesorios: Sonda De Aspiración, Piezas De Unión Angulada, Adaptadores, Racor En Y Y Llave Extractora	Kits				3.513	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	540	5848	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits				3.514	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	541	5851	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 DERECHO. ESTÉRIL		Kits				3.515	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	542	5850	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits				3.516	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	543	5852	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 DERECHO. ESTÉRIL		Kits				3.517	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	544	5853	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits				3.518	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	545	3045	TUBULADURA ADAPTABLE A BOMBA DE INFUSIÓN 3M	Adaptable a bomba de infusión 3M	Unidad				3.519	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	546	7036	VÁLVULA DE RUBENS UNIDIRECCIONAL INSPIRATORIO-EXPIRATORIO		Unidad				3.520	
ANESTESIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	547	3749	VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE RUBENS		Unidad			Res. N° 062-007/06	3.521	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	548	3901	VENDA CAMBRAI 10 CM X 3 MTS. DE LARGO MÌNIMO	No almidonadas, 10 cm. Ancho x 3 mt. De largo mínimo. 100 % algodón. Presentación: rollos	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.522	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	549	3902	VENDA CAMBRAI 15 CM.X 3 MT. DE LARGO MÍNINO	No almidonadas, 15 cm. Ancho x 3 mt. De largo mínimo. 100% algodón. Presentación : rollos	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.523	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	550	3898	VENDA CAMBRAI 5 CM. X 3 MT. DE LARGO MÍNIMO	No almidonadas, 5 cm. Ancho x 3 mt. De largo mínimo. 100% algodón. Presentación: rollos	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.524	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	551	3903	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM X 1,50 A 1,80 mts. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO	Alta compresión, presentación: rollos. No adherente.	Unidad			Res. N°004-021/09	3.525	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	552	3906	VENDA ENYESADA 15 cm X 3 MTS DE LARGO MÍNIMO	De rápido secado, 3 a 5 minutos de fraguado, resistente, 3 mt. De largo mínimo,	Unidad		Rollos	Res. N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.526	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	553	3907	VENDA ENYESADA 20 cm X 3 MT DE LARGO MÌNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.527	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	554	7011	VENDA ENYESADA DE 10 CM X 3 MT.LARGO MÌNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo,	Unidad		Rollos	Res. N°004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.528	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	555	3904	VENDA SEMIELASTIZADA 10 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión. No adherente.	Unidad		Rollos	Res. N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.529	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	556	3905	VENDA SEMIELASTIZADA 15 cmX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos . No adherente.	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.530	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	557	4760	VENDA SEMIELASTIZADA 20 CMS X 1,50 A 1,80 MTS.DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	Unidad				3.531	
H. C.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	558	5789	YESO ACRÍLICO DE 10 CM	venda de resina de 10 cm x 3,6 mt como minimo	Unidad		Rollos	RCA:N° 036-020/2021	3.532	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	559	10740	PICO PARA IRRIGACIÓN DE FRASCOS DE SUEROS	Dispositivo rígido con tapa y aleta, pico de inserción con protector, que permita la irrigación de grandes volúmenes. Estéril y libre de pirógenos	Unidad		Unidad	RCA: N° 106-019/12 - RCA N°031-003/18 - RCA:N° 036-020/2021	3.533	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Urología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	560	10741	Cateter doble "J " N° 6 CON GUIA Y POSICIONADOR	ESTERIL DESCARTABLE DE 24 CM	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.534	
Urología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	561	10774	Esfinter Urinario Artificial	Compuesto por anillos, una bomba y un reservorio de líquido, conectados por caños flexibles resistente. Presentación Kit	Unidad			RCA: N° 010-016/13	3.535	
Neonatologia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	562	11346	CATETER UMBILICAL VENOSO DOBLE LUMEN	*Esteril*poliuretano* doble lumen* calibre 5FR*longitud 35-38 cm*Graduado cada cm* Extremo distal abierto redondeado	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL EN ORIGEN	RCA :N°011-011/2020 11/02/2020	3.536	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	563	11372	PEROXIDO DE HIDROGENO ACELERADO (H	Limpiador desinfectante de un solo paso basado en tecnología AHP; TOALLITAS humedecidas con líquido incoloro, densidad de 1,00 a 1,02; pH (puro) 2,05 a 3,05: Contenido activo de 0,50 a 0,55 %, vida útil 24 meses a temperatura. Producto no corrosivo y seguro para el uso de medio ambiente	Unidad		Frasco/ Envase conteniedo 100 toallitas como mínimo humedecidas con peróxido de hidrogeno acelerado	RCA N° 033-017/2020 de fecha 05/05/2020	3.537	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	564	11377	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO TAMAÑO MEDIANO	Mameluco con capucha con elastico en el borde para mejor ajuste,deschable.Confeccionada en material microporoso laminado con capa interna en tela no tejida, TNT(polipropileno) tipo SMS de 50(+-6)gr/m2, y una capa externa de recubrimiento en material polietileno de excelente permeabilidad que permita la salida del vapor del sudor y humedad del operador.Que provea una proteccion contra particula de material seco,salpicadura de gotas y spray de productos quimicos liquidos y fluidos corporales.Mangas con puños y tobillo, elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cintura elastizados.Cierre de cremallera frontal de doble sentido y solapa con cierre magnetico sobre la cremallera,sin costura(uniones por termosellado o ultrasonico),repelencia al alcohol de 70%, la mas alta barrera bacteriana Largo desde el hombro hasta el tobillo de 157+- 3 cm. Ancho de 60+-3 cm,Alto de la capucha desde el cuello hasta el extremo de 35+-2 cm."Certificados que respalden la alta barrera bacteriana de proteccion, que no debera ser inferior al 94%	Unidad		Unidad	RCA N°047-017/2020 de fecha 23/06/2020	3.538	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	565	11378	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO TAMAÑO GRANDE	Mameluco con capucha con elastico en el borde para mejor ajuste,deschable.Confeccionada en material microporoso laminado con capa interna en tela no tejida, TNT(polipropileno) tipo SMS de 50(+-6)gr/m2, y una capa externa de recubrimiento en material polietileno de excelente permeabilidad que permita la salida del vapor del sudor y humedad del operador.Que provea una proteccion contra particula de material seco,salpicadura de gotas y spray de productos quimicos liquidos y fluidos corporales.Mangas con puños y tobillo, elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cintura elastizados.Cierre de cremallera frontal de doble sentido y solapa con cierre magnetico sobre la cremallera,sin costura(uniones por termosellado o ultrasonico),repelencia al alcohol de 70%, la mas alta barrera bacteriana Largo desde el hombro hasta el tobillo de 165+- 3 cm. Ancho de 65+-3 cm,Alto de la capucha desde el cuello hasta el extremo de 35+-2 cm."Certificados que respalden la alta barrera bacteriana de proteccion, que no debera ser inferior al 94%	Unidad		Unidad	RCA N°047-017/2020 de fecha 23/06/2020	3.539	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	566	11379	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO TAMAÑO EXTRA GRANDE	Mameluco con capucha con elastico en el borde para mejor ajuste,deschable.Confeccionada en material microporoso laminado con capa interna en tela no tejida, TNT(polipropileno) tipo SMS de 50(+-6)gr/m2, y una capa externa de recubrimiento en material polietileno de excelente permeabilidad que permita la salida del vapor del sudor y humedad del operador.Que provea una proteccion contra particula de material seco,salpicadura de gotas y spray de productos quimicos liquidos y fluidos corporales.Mangas con puños y tobillo, elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cintura elastizados.Cierre de cremallera frontal de doble sentido y solapa con cierre magnetico sobre la cremallera,sin costura(uniones por termosellado o ultrasonico),repelencia al alcohol de 70%, la mas alta barrera bacteriana Largo desde el hombro hasta el tobillo de 173+- 3 cm. Ancho de 70+-3 cm,Alto de la capucha desde el cuello hasta el extremo de 35+-2 cm."Certificados que respalden la alta barrera bacteriana de proteccion, que no debera ser inferior al 94%	Unidad		Unidad	RCA N°047-017/2020 de fecha 23/06/2020	3.540	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	567	11456	Set estéril para bombas de infusión	Set primario estéril descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de líquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona con casette, inyector lateral, con entrada a rosca, libre de pirógenos, DEHP y Látex, longitud 280 (+ -) 10 cm. Con bomba a comodato	Unidad		Unidad	RCA N°069-001/2020 de fecha 26/08/2020	3.541	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	568	11457	Set estéril para bombas de infusión	Set secundario estéril descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de líquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona con casette, inyector lateral, con entrada a rosca, libre de Pirógenos de DEHP y Látex, longitud 90 (+ o -) 20 cm. Con bomba a comodato	Unidad		Unidad	RCA N°069-001/2020 de fecha 26/08/2020	3.542	
Hospitalario	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	569	11458	Set estéril fotosensible para bombas de infusión	Set primario fotosensible estéril descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de líquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona con casette, inyector lateral, con entrada a rosca, libre de Pirógenos, DEHP y Látex, foto protector, longitud 280 (+ -) 10 cm. con bomba a comodato	Unidad		Unidad	RCA N°069-001/2020 de fecha 26/08/2020	3.543	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UTIP,UTIA,Cardiocirugia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	570	11483	Cateter Percutaneo con Introductor Pelable Doble Lumen	Cateter 3 FR de 100% silicona de 50cm esteril, radiopaco pinza metalica; introductor pelable,lazo esteril,cinta metrica;2 prolongadores;2conectoreslibres de aguja	Kit		Envase Esteril de Origen	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.544	
UTIP,UTIA,Cardiocirugia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	571	11484	Cateter Percutaneo con Introductor Pelable Doble Lumen	Cateter 4 FR de 100% silicona de 65 cm esteril, radiopaco pinza metalica; introductor pelable,lazo esteril,cinta metrica;2 prolongadores;2conectores libres de aguja	Kit		Envase Esteril de Origen	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.545	
UTIP,UTIA,Cardiocirugia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	572	11485	Cateter Percutaneo con Introductor Pelable Doble Lumen	Cateter 5 FR de 100% silicona de 65 cm esteril, radiopaco pinza metalica; introductor pelable,lazo esteril,cinta metrica;2 prolongadores;2conectores libres de aguja	Kit		Envase Esteril de Origen	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.546	
UTIP,UTIA,Cardiocirugia-Neonatologia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	573	11486	Oclusor antibacterial con alcohol etilico al 70%	Oclusor de puerto con alcohol etilico al 70%	Unidad		Unidad	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.547	
HOSPITALARIO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	574	11477	PAÑO CON SOLUCIÓN JABONOSA DE CLOREHEXIDINA AL 2% PARA LA HIGIENE CORPORAL DE LOS PACIENTES	Paño para la higiene corporal con solución jabonosa de clorhexedina al 2%, dimensiones 30cm x 20cm (+ -) 5 cm, descartable	Unidad		Caja por 100 uds. como mínimo	RCA Nº 100-023/2020 de fecha 04/12/2020	3.548	
HOSPITALARIO-AMBULATORIO	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	575	11507	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	GAS LICUADO CRIOGÉNICO ALMACENADO EN TANQUES CRIOGÉNICOS, A UNA TEMPERATURA DE -183°C PUREZA 99%	METROS CÚBICOS (m^3)		CILINDRO DE ACERO	RCA Nº 055-027/1021 de fecha 22/06/2021	3.549	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	1	10225	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,1 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de Acero Inoxidable. Longitud mínima 60 cm. Los extremos de la unión de las agujas deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.550	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	2	2716	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,1 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.551	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	3	9354	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,2 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de las agujas deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.552	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	4	2715	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/O C/2 AGUJAS DE 13 MM, 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación + - 0,2 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.553	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	5	2683	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,2 MM.	Monofilamento estéril no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.554	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	6	2714	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Monofilamento estéril no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.555	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	7	7252	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Monofilamento estéril, no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.556	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	8	2713	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 22 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN: + - 0,2 MM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.557	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	9	5537	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 26 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN: + - 0,2 MM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17- RCA: N° 036-020/2021	3.558	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	10	11013	KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO.	Sutura de Poliéster trenzado, estéril, con almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE) 3 x 3 x 1,5 mm; calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilíndricas de 1/2 circulo de 20 (+-2) mm. Los colores son de uso universal. Presentación Kit. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-004/14 RCA: N° 066-003/17	3.559	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	11	11014	KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO.	Sutura de Poliéster trenzado, estéril, con almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE) 7 x 3 x 1,5 mm; calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilíndricas de 1/2 circulo de 22 (+-2) mm. Los colores son de uso universal. Presentación Kit. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-004/14 RCA: N° 066-003/17	3.560	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	12	5535	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.561	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	13	7056	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RES. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.562	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	14	2712	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS 2 CM (+ - 0,2 CM)	Con 2 agujas armadas 1/2 círculo. Punta redonda. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 066-003/17	3.563	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	15	7041	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO CON (PTFE), VARIACIÓN: +- 2 MM.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado con almohadilla politetrafluoretileno (PTFE) , con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.564	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	16	9348	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N°2/0 C/ 2 AGUJAS	Aguja 2 agujas cilíndricas mínimo 3 cm y 1/2 circulo.Sin almohadilla de politetrafuoretileno (PTFE), variación +- 0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.565	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	17	7046	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 3/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 0,1 cm.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Sin almohadilla de politetrafuoroetileno (PTFE). Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.566	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	18	2679	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 3,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RES.004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.567	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	19	7043	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER Nª 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO SIN (PTFE). VARIACIÓN: +- 0,2 CM	No absorbible,estéril de poliéster trenzado, sin almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE), con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.568	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	20	7057	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3 CM. 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0.2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.569	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	21	5536	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.570	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	22	7049	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 4/0 C/2 AGUJAS 1,5 CM. (+ - 0,2 cm)	Con 2 agujas cilíndricas 1,5 cm. Sin almohadilla de politetrafluoroetileno (PTFE), variación + - 0,2 cm. Longitud mínima 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 066-003/17	3.571	
CVP	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	23	7055	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 3/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.572	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	24	2656	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 10/0 C/2 AGUJAS.	Long. de hebra como mínimo 30 Cm. Con 2 Agujas Armadas, Punta Espatulada De 3/8 o 1/2 Círculo 6,4 mm, + - 0,8 mm. Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. Nº 126-018/09 RCA: N° 056-013/14 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.573	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	25	8067	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS	Agujas Espatuladas Modelo T1, Hebra Trenzada. Longitud mínima 45 Cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.574	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	26	2699	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 6/0 C/2 AGUJAS DE 0,87 MM	Long. de hebra como mínimo 45 cm. Con 2 agujas doble armada punta espatulada 1/4 de círculo 0,87 cm, para oftamología. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res.N 126-018/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021-RCA N° 100-027/2021	3.575	*
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	27	9352	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 8/0 C/2 AGUJAS	Long. de hebra como mínimo 20 Cm. Agujas Dobles Armadas Punta Espatulada De 3/8 Círculo, 0,65 mm . Oftalmología. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res.N 126-018/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021-RCA N° 100-027/2021	3.576	*
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	28	2700	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 7/0 C/2 AGUJAS	Longitud de hebra como mínimo 45 cm agujas dobles armadas, Punta espatulada de 3/8 Círculo 0,65 mm. Oftalmología. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA N° 069-051/08 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021-RCA N° 100-027/2021	3.577	*
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	29	2678	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA VIRGEN N° 8/0 CON 2 AGUJAS.-	Uso oftalmológico, con 2 agujas 3/8 circulo, 0.65 mm. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD		ENVASE ESTERIL	Res.Nº 126-018/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021	3.578	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	30	2676	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 5/0 CON AGUJA	Aguja cilindrica 1/2 circulo, 20 mm o menor. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res.Nº 126-018/09 RCA: N° 066-003/17	3.579	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	31	7053	SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO N°1 C/AGUJA DE 4 CM. VARIANTE +-0, 2 CM.	Absorbible, estéril, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 066-003/17 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019	3.580	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	32	2694	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 2 MM	Absorbible, estéril, longitud de hebra como mínimo 60 cm. Con agujas punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión hilo-aguja fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA N° 081-031/06 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-27/2021	3.581	*
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	33	2695	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. GASTROINTESTINAL. VARIACIÓN: + - 1 MM.	Absorbible, estéril, longitud de hebra mínimo 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17- RCA: N° 036-020/2021- RCA N° 100-27/2021	3.582	*
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	34	2696	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA.N° 4/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 1 MM	Absorbible, estéril, longitud mínimo de hebra 60 cm con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA N° 081-031/06 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-27/2021	3.583	*
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	35	2692	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA Nº 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Absorbible, estéril, longitud de hebra mínima 60 cm. Con agujas punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión hilo-aguja fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-027/2021	3.584	*
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	36	7162	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 0 C/ AGUJA 4 CM, CILÍNDRICA, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.585	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	37	9357	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/ AGUJA 2,5 CM, 1/2 CILINDRICA, VARIACIÓN: +- 2 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.586	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	38	2702	SUTURA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO N° 2 C/AGUJA TRIANGULAR DE 7,5 CM 3 HEBRAS 3/8 CÍRCULO.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.587	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	39	2672	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN : + - 0,1 MM.	No absobible, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica, curva, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.588	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	40	2671	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 1 C/AGUJA DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: +- 1 MM	No absobible, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica, curva, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.589	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	41	2663	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,6 CM. VARIACIÓN: +- 2 MM	No absorbible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.590	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	42	2664	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.591	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	43	2667	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/AGUJA 2 CM . VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible, monofilamento, estéril, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud mínima de hebra 45 cm como mínimo. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. Nº 099-023/10 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.592	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	44	2649	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA.	No absorbible, hebra resistente multiples, estéril longitud mínima de 60 cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.593	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	45	2690	SUTURA QUIRÚRGICA POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA	No absorbible, hebra resistente multiples, estéril longitud mínima de 60 cm, trenzado. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.594	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	46	7085	SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 33 MM. DE DIÁMETRO	Con visor de rango de cierre curvo. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejidos, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.595	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	47	2854	SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 25 MM. DE DIÁMETRO	Con visor de rango de cierre curvo. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejidos, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.596	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	48	7086	SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 29 MM. DE DIÁMETRO , + - 1 mm.	Lúmen anastomótico 20,4 mm. Con visor de rango de cierre entre 1,0 y 2,5 mm. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejido, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. N° 068-005/09 RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.597	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	49	7089	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA CON GRAPA CURVA DE 45 MM Y DISPOSITIVO	Por cada 10 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos deben ser estériles, descartables, para tejidos normales y gruesos. Las grapas de titanio. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	Unidad			Res. 049-029/05 RCA: N° 066-003/17	3.598	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	50	3007	CARTUCHOS DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 75 MM. VARIACIÓN +- 5 MM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO.	Por cada 10 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos deben ser estériles, descartables para tejidos normales y gruesos. Con bisturí en las cargas, 3 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,0 - 3,5-4,0. Las grapas de titanio	Unidad		Kit	RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17- RCA N° 072-035/2022	3.599	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	51	7087	SUTURA MECÁNICA ENDO LINEAL DE 60 MM. DE LONGITUD CON VISOR DE RANGO DE CIERRE Y DISPOSITIVO.	Por cada 20 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos con tres hileras de grapas de titanio, cortantes, para tejidos normales y gruesos, estériles y descartables. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.600	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	52	9260	SUTURA MECÁNICA ENDO LINEAL DE 60 MM DE LONGITUD CON VISOR DE RANGO DE CIERRE Y DISPOSITIVO.	Por cada 20 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos con tres hileras de grapas de titanio, cortantes, para tejidos vasculares, estéril y descartable. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.601	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiociru gía, Obstetricia, Urología, ORL Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	53	2693	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACIDO POLIGLICOLICO N° 1 C/AGUJA DE 5 CM. VARIACIÓN: + - 0,5 CM.	Absorbible, estéril, longitud de la hebra mínimo 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo 5 cm. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019- RCA N° 100-027/2021	3.602	*
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	54	2657	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 0 C/AGUJA DE 2 CM.	Aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2 cm. Cuticular .Variación + - 1 mm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Longitud mínima de la hebra 60 cm. No absorbible. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.603	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	55	7161	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN Nº 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja,Trenzado, múltiples hebras X 60 cm. como mínimo de longitud. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.604	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	56	2651	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja, de mínimo 10 hebras X 75 cm., trenzado, resistente, estéril. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.605	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	57	2665	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°5/0 C/AGUJA. DE 2 CM.VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible. Aguja cortante triangular, 3/8 círculo, 2 cm, cuticular/plástica. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.606	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	58	2674	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 cm.	Longitud mínima. De hebra 60 cm. Con aguja punta ahusada. Gastrointestinal. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.607	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	59	9345	SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO DE ABSORCION RAPIDA 5/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Absorción rápida. Calibre USP 5/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Presentación estéril, en doble empaque. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.608	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	60	9346	SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO DE ABSORCION RAPIDA 6/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Absorción rápida. Calibre USP 6/0, monofilamento, hebra de 40 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Presentación estéril, en doble empaque. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.609	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	61	2548	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIDIOXANONA 5/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Sintética, estéril. Calibre USP 6/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.610	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	62	2669	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIDIOXANONA 6/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Sintética, estéril. Calibre USP 6/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.611	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	63	2670	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIESTER CON ALGODÓN N° 2/0 S/AGUJA	Sin aguja. Incoloro, Trenzado, como mínimo 10 Hebras X 75 cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.612	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	64	9359	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 3/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 2,5 cm. +- 0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.613	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	65	9358	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 2/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.614	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	66	6017	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 0 C/ AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.615	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	67	7168	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Con Aguja fuerte y resistente, curva punta cilíndrica de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.616	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	68	2647	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N°2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Aguja curva triangular cortante de 2,5 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Aguja de acero inoxidable fuerte y resistente, estéril. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.617	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	69	3360	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/AGUJA 4,8 CM.	No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8 cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.618	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	70	3356	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°2 C/AGUJA, INFANTIL.	No absorbible, estéril, monofilamento. Aguja cortante triangular para sutura esternal, infantil, 3/8 círculo, hebra no menor a 25 cm. Aguja de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.619	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	71	9361	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 0 C/AGUJA. VARIACIÓN +- 0,2 CM	Curva de 2,6 cm de 1/2 círculo. No absorbible. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.620	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	72	5721	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N° 1 C/AGUJA CORTANTE TRIANGULAR P/SUTURA ESTERNAL	No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal de acero inoxidable.Longitud de hebra no menor a 25 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.621	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	73	2646	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 C/AGUJA DE 3,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,1 CM	Aguja curva triangular cortante de 3,5 cm, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.622	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	74	2691	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN Nº 2/0 S/AGUJA	Sin Aguja, Trenzado, como mínimo 15 Hebras X 75Cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.623	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	75	2697	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 5/0 C/AG DE 1,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 .	Aguja curva atraumática, punta ahusada urológica,1,5 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-027/2021	3.624	*
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	76	2666	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N 6/0 C/AGUJA 2 CM.	Aguja cortante triangular 3/8 de círculo, 2 cm., cuticular plástica, variación + - 0,1 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.625	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	77	3361	HILOS DE KIRSCHNER 1.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.	EN ACERO QUIRÚRGICO.	UNIDAD			Res.060-010/05 RCA: N° 066-003/17	3.626	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	78	7908	HILOS DE KIRSCHNER 1.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.	EN ACERO QUIRÚRGICO.	UNIDAD			Res.060-010/05 RCA: N° 066-003/17	3.627	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	79	7909	HILOS DE KIRSCHNER 2.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.	EN ACERO QUIRÚRGICO.	UNIDAD			Res.060-010/05 RCA: N° 066-003/17	3.628	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	80	2546	SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL, Nº 0 CON AGUJA CURVA DE 4 CM.	Aguja 1/2 Círculo, 4 cms. Punta Redonda Con Acostillado Longitudinal Y Hebra De 60 Cm De Largo mínimo. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.629	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	81	10223	SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL Nº 4/0 CON AGUJA CURVA DE 1,5 A 2 CM.	Aguja 1/2 círculo 1,5 a 2 cm, cilíndrica, atraumática. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.630	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiociru gía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	82	7050	HILO PARA SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO	N° 2-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 circulo con aguja de (38 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm) . Unión aguja hilo fuertemente adherido. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-027/2021	3.631	*
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiociru gía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	83	7051	HILO PARA SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO	N°3-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo con aguja de (26 a 27 mm) y hebra de (60 a 75 cm) . Unión aguja hilo fuertemente adherido. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-27/2021	3.632	*
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiociru gía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	84	7052	HILO PARA SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO	N°1 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo con aguja de (38 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm). Unión aguja hilo fuertemente adherido. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021-RCA N° 100-27/2021	3.633	*
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	85	2687	HILO PARA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA	N° 3/0 con aguja traumática, de acero inoxidable. 3/8 circulo con 25 mm y hebra de (40 a 45 cm) de largo. Unión de la aguja hilo fuerte. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase indiviual.	Unidad		Unidad	Res.004-021/09 RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.634	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	86	2682	HILO PARA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA	N° 3/0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 circulo con aguja de (25 a 26 mm) y hebra (55 a 70 cm) . Los extremos de unión de las agujas e hilos deben ser fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.635	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	1	10514	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 200 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.636	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	2	10515	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 300 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.637	
Servicio de Cirugía Reconstructiva-MASTOLOGIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	3	10516	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 400 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.638	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Cirugía Reconstructiva-MASTOLOGIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	4	10517	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 500 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.639	
Servicio de Cirugía Reconstructiva-	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	5	10518	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 600 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.640	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	6	10519	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 100 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.641	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	7	10520	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 200 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.642	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	8	10521	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 250 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.643	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	9	10522	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 320 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.644	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	10	10523	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 400 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.645	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	11	10524	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 500 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.646	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	12	10525	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 50 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.647	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	13	10526	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 100 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.648	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	14	10527	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 150 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.649	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	15	10528	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 200 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.650	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	16	10529	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 300 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.651	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	17	10530	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 400 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.652	
Servicio de Cirugía Reconstructiva, Quemados y Maxilofacial	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	18	11348-1	Apósito de Reconstrucción Tisular a Base de Ácido Hialuronico.	Apósito de dos capas una de tejido 100% Ácido Hialurónico, (éster del ácido hialurónico) y la otra capa elastómero de grado médico.	Unidad		Caja conteniendo bolsa de Apósito de 10X10 cm	RCA: N° 011-014/2020	3.653	
Servicio de Cirugía Reconstructiva, Quemados y Maxilofacial	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	19	11348-2	Apósito de Reconstrucción Tisular a Base de Ácido Hialuronico.	Apósito de dos capas una de tejido 100% Ácido Hialurónico, (éster del ácido hialurónico) y la otra capa elastómero de grado médico.	Unidad		Caja conteniendo bolsa de Apósito de10X20 cm	RCA: N° 011-014/2020	3.654	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Gastroenterología.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	1	2455	AGUJA DE PUNCIÓN DE BIOPSIA HEPÁTICA TRANSPARIETAL	Aguja de punción para extracción de tejido hepático de forma cilíndrica. Tipo Menghini, para toma de muestra por aspiración. Medidas: 16 a 18G 20 cm de largo, desechable.-	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.655	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	2	10060	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Compatible con endoscopios FUJINON	KIT			Res.N° 069-052/08	3.656	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	3	10061	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Compatible con endoscopios OLYMPUS	KIT			Res.N° 069-052/08	3.657	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	4	10062	Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 a 25 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 220 a 240 cm de largo	Para canales de trabajo de 2,0 mm, catéter de la aguja De 220 a 240 cm de largo. Descartable.	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.658	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	5	10063	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm de largo	Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica. Retractor de aguja automático en el mango.	Unidad			Res.N° 116-003/10	3.659	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	6	2404	Aguja para esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes de 23 G la aguja y 7 French el catéter.-	Longitud 220 cm ó mayor.-	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.660	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	7	10064	Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.021", de 480 cm de largo, con punta recta y cubierta hidrofílica de por lo menos 5 cm en la punta.	Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.661	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	8	10065	Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.035", de 450 a 480 cm de largo, con punta recta.	Punta flexible y con 20 a 30 cm de cubierta hidrofílica. Con marcas indicadoras endoscopicas. Descartable.	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.662	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	9	6715	ALAMBRE GUÍA BILIAR P/ENDOSCOPÍA DIGESTIVA TOTALMENTE HIDROFÍLICA DE 0.035" ; 260 cm DE LARGO,CON PUNTA RECTA	Radiópaco.Descartable.	Unidad			RCA N° 052-026/07	3.663	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	10	6716	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA	Nº 0,035 / 480 Cm De Largo. Punta Recta Y Radiópaca. Hidrofílica. Desechable	Unidad				3.664	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	11	6717	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA	Nº 0,035 / 480 Cm De Largo. Punta Angulada Y Radiópaca. Hidrofílica. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.665	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	12	10066	Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable c/asa de forma ovalada p/canales de 2,0 mm. De 160 o mas cm de largo	Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.666	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	13	10067	ASA PARA EXTRACCION DE POLIPOS O CUERPOS EXTRAÑOS, VIA ENDOSCOPICA DESCARTABLE C/ASA CON RED P/ CANALES DE TRABAJO DE 2,5 MM O MÁS DE 230 CM O MÁS DE LARGO.	Descartable	Unidad			Res.N° 116-003/10	3.667	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	14	6718	Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada	Tamaño de asa: mini, standard y jumbo de Multifilamento 7 Fr. 230 cm ó más.-	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.668	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	15	6721	BALÓN (DE 12 MM) DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES CON TRES VÍAS (LÚMEN)	7Fr Punta Distal. Catéter 5 Fr/ 200 Cm. Desechable	Unidad				3.669	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	16	6433	BALÓN (DE 8,5 MM) DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES CON TRES VÍAS (LÚMEN)	7Fr Punta Distal. Catéter 5 Fr/ 200 Cm . Desechable	Unidad				3.670	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	17	6723	BALÓN DE (DE 15 MM) EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES CON TRES VÍAS (LÚMEN)	7Fr Punta Distal. Catéter 5 Fr/ 200 Cm. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.671	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	18	6720	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.672	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	19	6722	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.673	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	20	4952	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 6 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.674	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	21	6724	Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr y 200 cm. Triple lumen	Mismo balón permite inflar 12 -15 - 18 - 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.-	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.675	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	22	6725	Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr Punta Distal. Triple lumen	Calibre 6 a 7 Fr. 200 cm para usar con guía de 0.035".Mismo balón permite inflar 8,5 - 10 - 12 y 15 mm. De triple lumen con inyección de contraste por la punta. Descartable.-	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.676	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	23	6726	BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA DE 24 FRENCH	Balón De Recambio Gastrostomía De 24 French Con Balón De Silicona, Disco De Retención De Silicona. Desechable	Unidad				3.677	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	24	6727	BALÓN DILATADOR DEL ESÓFAGO PARA ACALASIA POR VÍA ENDOSCÓPICA.	De 30 a 35 Mm De Diámetro Y 8 Cm De Largo. Desechable	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.678	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	25	10068	Boquilla para Adulto de uso endoscópico	Descartable. Debe incluir goma de fijación	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.679	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	26	10069	Boquilla Pediátrica de uso endoscópico	Descartable. Debe incluir goma de fijación	UNIDAD			RCA N° 062-007/06 R.C.A. N° 042-019/16	3.680	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	27	6767	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR - 2,4 CM - 100% silicona c/obturador y tubo p/alimentar	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.681	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	28	6429	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR. 1,7 CM - 100% silicona c/obturador y tubo para alimentar.	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.682	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	29	6769	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR.4,4 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.683	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	30	6768	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FRENCH 3,4 CM - 100% silicona c/obturador y tubo p/alimentar	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.684	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	31	6770	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR.1,7 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.685	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	32	6771	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR.3,4 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.686	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	33	6772	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR.2,4 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06 R.C.A. N° 042-019/16	3.687	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	34	6773	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA N° 12	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.688	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	35	6774	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA N° 14	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.689	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	36	6775	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA N° 16	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.690	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	37	10070	Canastilla rotable para uso con litotriptor mecánico de uso endoscópico.	195 cm. de longitud, abertura de 30 mm para canales de trabajo de 3.7 mm para guía de 0.035".Descartable.-	KIT				3.691	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	38	6776	CANASTILLAS (DE 1,5 X 3,5 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/ EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.692	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	39	6777	CANASTILLA (DE 2 X 4 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.693	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	40	6778	CANASTILLAS (DE 2,5 X 5 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.694	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	41	6779	CANASTILLAS (DE 3 X 6 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.695	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	42	10071	Canastillas para extracción de cálculos biliares o cuerpo extraño, vía endoscópica	Descartable, para canales de trabajo de 2,0 m. y de 160 cm o mas de largo.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.696	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	43	10072	Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 350 cm. de largo	Descartable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.697	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	44	10073	Catéter de dilatación biliar de 10 Fr. (Vía Endoscópica)	Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	UNIDAD				3.698	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	45	6427	CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR DE 7 FRENCH (VÍA ENDOSCÓPICA)	Con Banda Radiópaca; 200 Cm De Largo; Punta Distal Cónica De 4 French. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.699	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	46	7214	Catéter de dilatación biliar de 8,5 Fr. (Vía Endoscópica)	Con Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 5 Fr. Descartable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.700	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	47	10074	Catéter de dilatación biliar de 9 Fr. (Vía Endoscópica)	Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.701	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	48	6728	Catéter para E.R.C.P. de utilización endoscópica	Con marcas radiopacas cada 3 mm. En punta distal. Para guías de 0,035 Pulgadas.	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.702	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	49	3065	Cepillo de limpieza descartable para limpieza del endoscopio.-	Catéter para canales de trabajo de 2.0 mm de 240 cm de largo o mas.	UNIDAD			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.703	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	50	7012	Cesta para extracción y litotripcia de cálculos , alambre multifilamento con catéter de 10 Fr. De 200 cm o más de largo.-	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.704	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	51	10075	Clip endoscópico de 15 a 16 mm (con mecanismo de apertura y cierre multiple del clip), rotable Catéter de 230 cm de largo o mas, para canales de trabajo de 2.8 mm	Descartable, con su sistema de liberación	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.705	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	52	10076	Cortador de lazo para uso endoscópico.	Largo de 230 cm. para canales de trabajo de 2.8 mm. Reutilizable.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.706	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	53	10077	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 10 mm/30 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.707	
Servicio Endoscpía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	54	10078	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 11 mm/33 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.708	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	55	10079	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 12 mm/36 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.709	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	56	10080	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 12.8 mm/38 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.710	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	57	10081	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 7 mm/21 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.711	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	58	10082	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 8 mm/24 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.712	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	59	10083	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 9 mm/27 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	UNIDAD			Res. 049-029/05	3.713	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	60	7216	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 8-9-10 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.714	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	61	7220	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 10-11-12 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.715	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	62	7221	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 12-13.5 -15 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.716	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	63	7222	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 15-16.5 -18 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.717	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	64	7219	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 18-19 -20 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.718	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	65	7217	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO,BALÓN PILÓRICO DE 16 MM x 5,5 CM	Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	3.719	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	66	7218	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO,BALÓN PILÓRICO DE 20 MM x 5,5 CM	Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	3.720	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	67	7215	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DEL TUBO DIGESTIVO, BALÓN PILÓRICO DE 8 MM x 5,5 CM	Descartable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.721	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	68	10084	Dispositivo insuflador para balones de dilatación esofágica, colonica y pilórica.	Para inflar, desinflar y monitorizar la presión del balón, no estéril, descartable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.722	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	69	10085	Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 6 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Alambre de aleación de niquel y titanio con sistema de liberación, no recubierto	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 RCA N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.723	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	70	10086	Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 8 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Alambre de aleación de niquel y titanio con sistema de liberación, no recubierto	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.724	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	71	10087	Dren autoexpansible con cuerpo de 22 a 23 mm de diam, extremos de 27 a 28 mm de diam y largo del stent 6 a 9 cm de largo. Sistema de liberación de 10 fr. De diámetro	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Colocación por medio del canal de trabajo del endoscopio. Estéril	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 042-019/16	3.725	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	72	10088	Dren autoexpansible con cuerpo de 22 a 23 mm de diam, extremos de 27 a 28 mm de diam y largo del stent 9 a 12 cm de largo. Sistema de liberación de 10 fr. De diámetro	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Colocación por medio del canal de trabajo del endoscopio. Estéril	UNIDAD			RCA N° 052-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 042-019/16	3.726	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	73	10632	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 30 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 25 mm o mayor y 8 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.727	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	74	10633	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 30 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 25 mm o mayor y 6 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.728	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	75	10634	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 27 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 22 mm o mayor y 6 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.729	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	76	10635	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 27 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 22 mm o mayor y 9 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.730	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	77	7013	DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES	Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm	Unidad			RCA N° 052-026/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.731	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	78	7014	DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES	Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.732	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	79	10089	Dren doble cola de chancho para drenaje pseudoquiste pancreático de 10 Fr. y 3 a 7 cm. de largo	Set con dren radiópaco, incluye catéter empujador y catéter guía	UNIDAD			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.733	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	80	10090	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 10 cm de largo	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura.	UNIDAD			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.734	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	81	10092	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en punta proximal, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 a 12 cm de largo. Con válvula antireflujo.	Descartable	UNIDAD			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.735	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	82	10093	Dren esofágico autoexpansible totalmente cubierto de 23 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 a 12 cm de largo.	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Estéril	UNIDAD			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.736	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	83	10091	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 cm de largo	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Estéril	UNIDAD			RCA N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.737	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	84	10094	Dren pancreático con cola de chancho en un extremo distal de 3 Fr y 4 cm. Uso endoscopico.	Sin aletas y sin orificios laterales. Descartable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.738	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	85	10095	Dren pancreático de 7 Fr. y 8 cm. Uso endoscòpico.	Con aletas y orificios, descartable	UNIDAD				3.739	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	86	6426	EQUIPO DE DRENAJE NASO BILIAR POR VÍA ENDOSCÓPICA	Sonda De Silicona De 250 Cm De Largo; Con Tubo De Transferencia Nasal; Guía De 0,035 Pulgadas; Y Tubo De Conexión Y Drenaje. Desechable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.740	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	87	10096	Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 mm.	Catéter doble lúmen 5 Fr. y 200 cm. descartable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.741	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	88	10097	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 mm. Desechable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.742	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	89	10098	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Precurvado, 2 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm.recubierto en el extremo proximal, punta de 7 mm. Desechable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08	3.743	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	90	6921	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica vaina de 5 a 6 Fr.	Precurvado; Doble lúmen; para guía de 0,021 pulgadas. Con punta radiópaca. Desechable	UNIDAD				3.744	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	91	6922	ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 6 FRENCH	Precurvado; Doble Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas. Con Punta Radiópaca. Desechable	Unidad				3.745	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	92	6730	ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 7 FRENCH	Precurvado; Triple Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas.Con Punta Radiópaca. Desechable	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.746	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	93	7224	EXTRACTOR DE DREN BILIAR P/ VÍA ENDOSCÓPICA DE 180 a 190 CM DE LONGITUD DE 10 FR.	Para retirar Drenes, de 10 Fr.descartable. De 180 a 190 cm. de longitud	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.747	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	94	7223	EXTRACTOR DE DREN BILIAR P/ VÍA ENDOSCÓPICA DE 180 a 190 CM DE LONGITUD DE 8,5 FR.	Para retirar Drenes, de 8,5 Fr.descartable. De 180 a 190 cm. de longitud	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.748	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	95	10099	GRAPAS	Grapas para uso con pinza aplicadora de uso endoscópico. Presentación: Caja	Unidad			RCA N° 069-059/07 RCA N° 052-037/14	3.749	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	96	10100	Guía para uso con dilatadores Savary de 200 cm. de largo.	Reutilizable	UNIDAD			Res. 049-029/05	3.750	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	97	7065	Alambre guía de extra soporte de 0.018" y de 480 cm de largo. Punta recta.	Descartable. Con punta radiopaca.	Unidad			C.A. N° 042-019/16	3.751	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	98	6431	LITOTRIPTOR DE CÁLCULOS BILIARES CON CABLE PARA LITOTRIPCIA	Mango De Aluminio Con Cable De 80 a 170 Cm; 10 a 14 French	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.752	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	99	10101	Litotriptor mecánico para cálculos biliares por vía endoscópica.	Mango esterilizable en autoclave. Reutilizable para uso con Litho crush V	UNIDAD				3.753	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	100	7097	MANGO PARA CESTA DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS	Incertable En Cesta De Extracción De Cálculo	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.754	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	101	10102	Piezas de repuestos para endolazo, para uso con el set de ligadura de lazo desmontable	Lazo de 30 mm., en caja por 10 unid.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.755	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	102	10103	Pinza aplicadora de grapas para el tubo digestivo, de uso endoscópico	Largo de 230 cm. para canales de trabajo de 2.8 mm. Con grapas de dos brazos.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.756	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	103	10104	Pinza caliente p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo bajo sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y entre 230 a 250 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.757	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	104	10105	Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 160 A 180 cm. de largo. Reutilizable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.758	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	105	10106	Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.759	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	106	10107	Pinza p/ atrapar pólipos y/o cuerpos extraños del tubo digestivo, via endoscópica tipo tridente	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Descartable.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.760	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	107	10108	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.761	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	108	10109	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y de 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 C.A. N° 042-019/16 R.C.A. N° 042-019/16	3.762	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	109	10110	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y de 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	UNIDAD			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.763	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	110	10111	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y de 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	UNIDAD			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.764	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	111	10112	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	UNIDAD			Res. 049-029/05	3.765	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	112	6731	PINZA P/BIOPSIA DE LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO, Y EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS.	Vía Endoscópica,DESCARTABLE, SIN Estilete de 2,3 a 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm (+ - 5)	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.766	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	113	6732	PINZA P/BIOPSIA DE LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO, Y EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS.	Vía Endoscópica,Reutilizable, sin Estilete de 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm (+ - 5)	Unidad				3.767	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	114	7225	PINZA PARA ATRAPAR PÓLIPOS Y/O CUERPOS EXTRAÑOS DEL TUBO DIGESTIVO CON LOS ENDOSCOPIOS	Tipo Tridente; 5,5 French 240 Cm De Largo. Desechable	Unidad			RCA N° 052-026/07	3.768	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	115	6729	Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios	Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales con largo de 240 a 250 cm, e incluye un cepillo corto para limpieza de valvulas con cerdas en ambos extremos.	Kit			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.769	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	116	10113	Set para ligadura de lazo desmontable, para uso endoscópico.	Incluye cuerpo principal de 230 cm de mango del lazo y camisa de teflón	KIT			RCA N° 052-026/07	3.770	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	117	7063	Set de ligadura vía endoscopica	Debe incluir barril de seis bandas para endoscopios de 9,5 a 13 mm y una asa de catéter de 5 fr. Descartable.	Kit			Res. Nº 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.771	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	118	7064	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Con mango de ligador, 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13mm, con 6 bandas c/ barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.	Kit			Res. Nº 116-003/10	3.772	
Servicio Endoscopía Digestiva - Oftalmología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	119	10114	Shampoo para limpieza de lentes ópticos. Para uso en Endoscopía y Oftalmología.	Frasco de 10 ml. Presentación: frasco.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07. Mod. Res. Nº 050-007/11	3.773	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	120	10115	Silicona de uso en endoscopìa, para lubricar las válvulas y pinzas endoscópicas y Oftalmología..	Frasco de 10 ml. Presentación: frasco.	UNIDAD			RCA N° 069-059/07. Mod. Res. Nº 050-007/11	3.774	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	121	6428	SISTEMA DE GASTROSTOMÍA DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA VÍA PERCUTÁNEA	Tipo (Peg); 100% Siliconada; 24 French. Desechable	Unidad			Res. Nº 067-003/04	3.775	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	122	10116	Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 3 Fr.	Set incluye guía 0.035" de 480 cm. y catéter empujador de 3 Fr. y 170 cm. de largo	KIT			RCA N° 069-059/07	3.776	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	123	10117	Sistema de introducciòn de dren pancreático, colocación endoscópica, de 7 Fr.	Set incluye guía 0.035" de 480 cm. y catéter empujador de 7 Fr. y 170 cm. de largo	KIT			RCA N° 069-059/07	3.777	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	124	10118	Sistema gastrostomìa, colocación endoscópica vía percutánea.	De 20 Fr. tipo Pull 100%, siliconada, en bandeja, con sus respectivos accesorios de colocación.	KIT			Res.N° 116-003/10	3.778	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	125	10119	Sobretubo espiral para uso en endoscopía	Para uso con endoscopios de 9 a 9,5 mm de diámetro. 100 cm de longitud ó más. Mecanismo de liberación gentle lock. Descartable.	UNIDAD			Res.N° 062-007/06	3.779	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	126	7061	SONDA BALÓN DE TAPONAMIENTO ESOFÁGICO TIPO STENGTAKEN BLACKEMORE N° 16	Sonda balón de triple vía para taponamiento de várices esofágicas y del techo gástrico, con 2 balones, Uno gástrico y Otro esofágico. De material de Silicona. Desechable, Estéril; Kit.-	Unidad				3.780	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	127	6733	SONDA YEYUNAL PARA COLOCACIÓN VÍA GASTROSTOMÍA, PARA NUTRICIÓN ENTERAL		Unidad			Res. Nº 008-007/09	3.781	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	128	10255	SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO 2% DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA ESTERILIZACIÓN EN FRIO. Indicado para uso con dispositivos médicos, materiales o equipo de endoscopía.	Solución lista para su uso, sin activador, pH 6 o mayor. Actividad microbiológica: activo ante bacterias: incluídas H. Pylori (10 min o menos). Mycobacterias(10 min o menos), levaduras(10 min o menos), virus: incluído HIV, HBC,HCV (10 min o menos), esporas bacterianas incluído C.Dificil(una hora o menos). Solución estable, activa como mínimo durante 28 días. Estable en contacto con sustancia orgánica. Debe incluir por cada bidón dos tirillas para control del índice de actividad desinfectante, debe cumplir con normativas internacionales (Aprobado por la FDA y/o la Comunidad Europea) de control de calidad, actividad antimicrobiana. Bidón de 5 litros.	Cc.			Res. Nº 116-003/10	3.782	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	129	2166	DETERGENTE LÍQUIDO TRIENZIMÁTICO INDICADO PARA USO CON DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES O EQUIPOS DE ENDOSCOPÍA.	Diluido al 0,5 % (25 ml para cada 5 litros de agua). Composición cualitativa; detergentes no iónicos, estabilizantes de enzimas, enzimas(proteasa, lipasa y amilasa), agentes conservadores. pH neutro. Utilizable en agua fría o caliente, debe cumplir con normativas internacionales o nacionales de control de calidad, actividad antimicrobiana. Bidón X 1 litro con dosificador incorporado.	UNIDAD			Res.N° 008-007/09	3.783	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	130	10120	Válvulas para canales de trabajo de fibrondoscopios Fujinon	Presentación en paquetes.-	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.784	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	131	10121	Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios Fujinon	En paquetes x 10 unidades	UNIDAD			RCA N° 069-059/07	3.785	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	132	10122	Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios Olympus	En paquetes x 10 unidades	UNIDAD				3.786	
Nefrología-MASTOLOGIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	1	5634	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL.	Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit..	Unidad			Res. Nº 127-035/10. Res. Nº 070-016/11 RGS N° D 068/2022.	3.787	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	2	2354	AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 16 G	Par de agujas (arterial y venosa) tribiceladas, con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par.	Unidad			Modificacion: RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11	3.788	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	3	9475	AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G	Par de Agujas (arterial y venosa) tribiceladas con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par	Unidad			RCA N° 030-002/06.Res Nº 070-016/11	3.789	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	4	7163	CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF ADULTO	De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.790	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	5	7166	CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO	De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.791	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	6	7686	CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO	De titanio, esterilizados con ETO, descartables	Unidad			Modifcación RCA N° 030-002/06	3.792	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	7	7685	CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO	De titanio, esterilizados con ETO, descartables	Unidad			Modifcación RCA N° 030-002/06	3.793	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	8	3574	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 0,9 - 1,1 M2	Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.794	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	9	3576	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,2 - 1,4 M2	Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.795	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	10	3577	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,5 - 1,8 M2	Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.796	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	11	7683	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2	Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.797	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	12	7684	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,8 M2	Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.798	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	13	7682	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 0,9 - 1,1 M2	Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.799	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	14	11513	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS DE FIBRAS SINTÉTICAS Y / O CELULÓSICAS DE 0,5 - 0,6 M2 DE SUPERFICIE CORPORAL	Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, Poliamida, Polimetilmetacrilato (PMMA), Policarbonato, Etilenvinilalcohol (EVAL), Acetato o Triacetato de Celulosa. Medida: 0,5 - 0,6 M2. Esterilizado con ETO ó rayos gamma	UNIDAD		UNIDAD	Resolucion Nº 004-030-2020	3.800	*
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	15	2355	LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS	Arterial y Venosa, de PVC flexible,esterilizada con ETO ó rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina, línea con macrogotero. Diámetro 6 ú 8 mm.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.801	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	16	2519	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO	De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.802	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	17	9271	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO	De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.803	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	18	9476	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO	De poliuretano ó silicona, doble lúmen,esterilizado con ETO,con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-Presentación: kit/set	Unidad			RCA N° 030-002/06.Res Nº 070-016/11	3.804	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	19	9477	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 8 A 10 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO	De poliuretano ó silicona, doble lúmen,esterilizado con ETO,con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 15 - 20 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-Presentación: kit/set.	Unidad			Res. Nº 127-035/10. Res. Nº 070-016/11.	3.805	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	20	9474	SOLUCIÓN "EURO COLLINS" P/TRASPLANTE RENAL	Frasco de 1000 ml. En bolsas originales, con ampolla para restituir fórmula.-	Unidad			RCA N° 030-002/06	3.806	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	21	6612	SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA P/HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)	Cada 1000 ml deberá contener: Cloruro de Sodio: 210,700 - 214,930 g. Cloruro de Potasio: 2,610 - 5,222 g. Cloruro de Calcio (Dihidratado): 7,710 - 9,000 g. Cloruro de Magnesio (Hexahidratado): 2,667 - 3,558 g. Acido Acético: 6,300 - 6,311 g. Agua p/inyección C.P.S. 1000 ml. Con ó sin Glucosa (Dextrosa) Anhidra (35,00 g.)	Litro			Modificación RCA N° 044-013/07	3.807	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	22	6610	SOLUCIÓN CONCENTRADA P/HEMODIÁLISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B)	Cada 1000 ml. Deberá contener: Bicarbonato de Sodio : 84,000 g. Agua p/Inyección c.s.p. : 1000 ml.-	Litro			Modificación RCA N° 044-013/07	3.808	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	23	6611	SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/ HEMODIÁLISIS (ÁCIDO PARACÉTICO) DE 3 a 5%.	(Acido paracético) 3,5 al 5%. Con o sin agregados. Presentación: frasco o bidón lacrado de 5 a 10 litros. Debe incluir dos tiras reactivas por cada bidón.	Litro			Modificación RCA N° 121-029/09. Res. Nº 070-016/11	3.809	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	24	5894	SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 1,5 %	Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.-Presentación: frasco	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11	3.810	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	25	2236	SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 %	Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.-Presentación: frasco	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11	3.811	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	26	2237	SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 %	Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- Presentación: frasco.	Litro			Modificación RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11	3.812	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	27	2238	SOLUCIÓN P/DIÁLISIS C/DEXTROSA AL 2%	Líquido	Cm Cúbico				3.813	
Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	28	2512	CATÉTER DE DOBLE LÚMEN PARA HEMODIÁLISIS DE 12 FRENCH 20 CM		Unidad				3.814	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	1	9650	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite en Spray de uso odontológico de 100 ml.como mínimo.Presentación: frasco	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.815	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	2	9651	ACIDO FOSFÓRICO AL 37% GEL	Uso odontológico - Acido gel al 37% de 2,5 ml. como mínimo. Presentación: jeringa.	Unidad			Res. N° 058-001/06	3.816	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3	6738	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE MONOCOMPONENTE	Uso Odontológico , Líquido monocomponente de 6 ml como mínimo, Guía técnica (Indicaciones de uso). Presentación: frasco.	Frasco			Res. N° 063-007/07	3.817	
Centro Odontológico-Ginecología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	4	3113	AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - ADULTOS	Medida de la Aguja: 20 a 22 mm, 30. Uso Odontológico. Presentación Caja por 100 unidades.	Unidad			Res. N° 063-007/07 RCA: N° 074-048/12 -RCA: N° 037-020/19	3.818	
Centro Odontológico-Ginecología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	5	3111	AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA	Medida de la Aguja: 11 a 13 mm 30G. Uso Odontológico. Presentación Caja por 100 unidades.	Unidad			RCA N° 062-07/06 RCA: N° 074-048/12 RCA: N° 037-020/19	3.819	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	6	3112	AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE	Medida de la Aguja: 30 a 40 mm 27G. Uso Odontológico. Presentación Caja por 100 unidades.	Unidad			RCA: N° 074-048/12	3.820	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	8	6741	CEMENTO DE IONÓMERO VÍTREO PARA RESTAURACIÓN	Uso odontológico. Polvo de 12 g. como mínimo + Líquido de 8 ml. como mínimo + dosificacdor + block de papel. Guía técnica (Indicaciones de uso).Presentación: kit	Kit			Res.N° 022-028/07	3.822	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	9	9684	CEMENTO DE IONÓMETRO VÍTREO PARA BASE	Polvo + Líquido + Dosificador + Block de papel	Kit				3.823	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	11	9751	CEMENTO QUIRÚRGICO SIN ANTIBIÓTICO	Uso odontológico	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.825	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	12	9280	CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA (PREVENCIÓN)	Uso odontológico. Cepillos para baja rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.826	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	14	9682	CONTRA ÁNGULO ODONTOLOGICO: CONTRA ÁNGULO	Con refrigeración de agua. Acoplamiento rápido sistema intra. Regulable de 18.000 a 20.000 rpm. Para fresa de contra ángulo y adaptador para fresas de alta rotación.	Unidad			Res. N° 058-001/06 RCA: N° 074-048/12	3.828	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	15	9653	CUBETA PARA FLUOR	Uso odontológico (descartable)	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.829	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	16	3136	CUCHARITA DE BLACK N° 3	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves N° 3 con buen filo.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.830	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	17	9654	CURETA CURVA DOBLE PARA CIRUGÍA	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.831	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	18	7538	CURETA DE GRACEY 11/12	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.832	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	19	7539	CURETA DE GRACEY 13/14	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.833	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	20	7540	CURETA DE GRACEY 5/6	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.834	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	21	7541	CURETA DE GRACEY 7/8	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.835	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	22	9655	CURETA RECTA DOBLE PARA CIRUGÍA	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 058-001/06	3.836	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	27	7585	ELEVADOR DE WINTER	Elevador para raíces de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.841	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	28	3143	ELEVADOR RECTO ADULTO	Elevador para raíces recto acanalado de acero inoxidable quirúrgico, punta redondeada, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad				3.842	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	29	3144	ELEVADOR RECTO INFANTIL	Uso Odontológico De Acero Inoxidable. Infantil	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.843	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	30	7621	ESCOPLO P/ CIRUGÍA ODONTOLÓGICA	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.844	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	32	3147	ESPÁTULA DOBLE PARA CEMENTO	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.846	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	34	3151	ESPEJO BUCAL CON MANGO	Mango para espejo dental de rosca sencilla, con estrías de acero inoxidable quirúrgico. Espejo dental N° 5 plano sin aumento, libre de imágenes distorcionadas, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.848	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	35	3152	ESPEJO BUCAL PLANO	Espejo dental N° 5 plano sin aumento, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, libres de imágenes distorcionadas.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.849	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	36	3287	ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA	Uso odontológico. Estéril	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.850	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	37	9661	EYECTOR DE SALIVA	Uso odontológico, descartable, en paquetes de 100 unidades como mínimo.Presentación: paquetes.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.851	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	38	3468	FIJADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml.Presentación: frasco.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.852	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	39	6742	FLUOR GEL	Fluor gel de uso odontológico en frascos de 200 ml.como mínimo, sabor agradable para uso en odontopediatría. Presentación: frasco.	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.853	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	40	9663	FORCEPS PARA ANTERIOR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. La punta activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarlos en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.-	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.854	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	41	9662	FORCEPS PARA ANTERIOR SUPERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.855	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	42	3164	FORCEPS PARA INCISIVO INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico parte activa estriada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. No debe traer resorte ó clip en la parte interna del mango.La punta activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarlos en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.-	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.856	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	43	3170	FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR (PICO DE LORO)	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, la punta activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarlos en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el instrumental.	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.857	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	44	9664	FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR PEDIÁTRICO	Fórceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. La punta activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarlos en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.-	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.858	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	45	3171	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estriada, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resorte o clip en la parte interna del mango	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.859	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	46	9665	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.860	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	47	3172	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estriada, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resorte o clip en la parte interna del mango	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.861	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	48	9666	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.862	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	49	3166	FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico parte activa estriada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. No debe traer resorte ó clip en la parte interna del mango.La punta activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarlos en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.-	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.863	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	50	3167	FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estriada, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resorte o clip en la parte interna del mango	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.864	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	51	4913	FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico parte activa estriada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. No debe traer resorte ó clip en la parte interna del mango.La punta activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarlos en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.-	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.865	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	52	3173	FORCEPS PARA RAÍZ SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estríada, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resorte o clip en la parte interna del mango	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.866	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	53	3159	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estríada, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resorte o clip en la parte interna del mango	Unidad				3.867	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	54	6743	FORMOCRESOL	Uso Odontológico.	Frasco			Res. N° 063-007/07	3.868	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	55	3245	FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA CHICA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.869	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	56	3247	FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA GRANDE	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.870	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	57	3246	FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA MEDIANA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.871	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	62	3243	FRESA PARA TURBINA DE FISURA MEDIANA DE EXTREMO RECTO	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.876	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	63	3237	FRESA PARA TURBINA REDONDA MEDIANA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.877	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	64	3238	FRESA PARA TURBINA REDONDA GRANDE	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.878	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	65	3236	FRESA PARA TURBINA REDONDA PEQUEÑA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 054-036/08	3.879	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	66	7006	FRESA QUIRÚRGICA (CARBYDE EXTRA LARGA P/ TURBINA)	Fresa para empleo quirúrgico, redonda N° 6 a 8 extra larga de carburo de tungsteno para baja rotación.-	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.880	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	67	7008	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO EXTRA LARGA	Fresa quirúrgica troncocónica de carburo tungsteno para alta rotación de 28 mm como mínimo	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.881	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	68	7007	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO LARGA	Fresa quirúrgica troncocónica de carburo tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.882	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	69	9670	FRESA REDONDA GRANDE PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa para uso odontológico de acero para baja rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.883	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	70	9671	FRESA REDONDA MEDIANA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa para uso odontológico de acero para baja rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.884	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	71	9672	FRESA REDONDA PEQUEÑA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa para uso odontológico de acero para baja rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.885	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	72	9667	FRESA DE GRANO FINO PARA PULIR RESINAS	Fresas diamantadas extra finas para alta rotación. Kit (4-6 unidades)	Kit			Res. N° 069-051/08	3.886	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	73	9668	GOMAS PARA PULIR AMALGAMA (GOMAS SILICONADAS)	Fresas siliconadas para baja rotación de diferentes formas (discos, pimpollos, tazas) Kit de 3 unidades como mínimo.-	Kit			Res. N° 069-051/08	3.887	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	74	9669	GOMAS PARA PULIR RESINA (GOMAS SILICONADAS)	Fresas siliconadas para baja rotación de 3 (tres) granulaciones diferentes (forma de tazas) Kit de 3 unidades como mínima.-	Kit			Res. N° 063-007/07	3.888	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	75	6744	HIDRÓXIDO DE CALCIO FRAGUABLE	Pasta bicomponente para uso odontológico en tubos con pasta base de 11 g. como mínimo + catalizador de 11 g. como mínimo. Presentación: cajas	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.889	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	76	3252	JERINGA TIPO CARPULE	Jeringa carpule para anestesia dental, para cartuchos de 1,8 ml. De acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.890	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	77	8770	LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.891	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	78	9673	LENTES PROTECTORES P/LUZ HALÓGENA O LED	Uso odontológico, lentes confeccionados con piezas de policarbonato color ámbar.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.892	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	79	8772	LIMA P/HUESO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad				3.893	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	81	3256	LIMPIA FRESA USO ODONTOLÓGICO		Unidad				3.895	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	82	3259	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	Mango Para Espejo Bucal De Acero Inoxidable	Unidad			Res. N° 058-001/06	3.896	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	83	9674	MANGO PARA PUNTA MORSE	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				3.897	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	85	9681	MICROMOTOR	Sistema intra, acople borden. Velocidad regulable hasta 20.000 rpm. Refrigeración interna o externa; giro horario y contra giro	Unidad			Res. N° 063-007/08	3.899	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	89	6745	PASTA ALVEOLAR ANTISÉPTICA Y ANALGÉSICA	Uso odontológico en frasco de 12 g. como mínimo. Presentación: frasco.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.903	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	90	3265	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTOS VELOCIDAD "E"	Cajas x 150 Unidades Velocidad "E"	Unidad			Modificado x Res. N° 058-001/06	3.904	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	91	9685	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL PEDIÁTRICA	Cajas x 150 unidades	Unidad				3.905	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	93	3274	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.907	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	94	9675	PINZA PARA RADIOGRAFÍA DENTAL	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.908	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	95	5485	PINZA GUBIA RECTA MEDIANA	Gubia recta mediana de corte en la punta y de ambos lados, de 18 (+ -2) cm de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 058-001/06	3.909	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	96	9683	PIEZA DE MANO INTRA RECTA	Giro horario y contragiro. Acople rápido, sistema intra. Refrigeración interna o externa. Autoclavable a 135 ºC. Para fresas para pieza de mano.	Unidad				3.910	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	98	9676	PORTA MATRIZ METÁLICA PARA OPERATORIA	Uso odontológico (Acero Inoxidable)	Unidad				3.912	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	99	9177	PUNTAS MORSE P/ USO ODONTOLÓGICO		Unidad			Res. N° 063-007/07	3.913	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	100	6735	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A1	Uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso). Presentación: jeringa.	Jeringa			Res. N° 063-007/07	3.914	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	101	6736	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2	Uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso) . Presentación: jeringa.	Jeringa			Res. N° 063-007/07	3.915	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	102	6737	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso). Presentación : jeringa.	Jeringa			Res. N° 063-007/07	3.916	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	103	3500	REVELADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Presentación: frasco.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.917	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	104	6739	SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE	Jeringa mínimo 1,2 ml y 10 a 15 puntas dispensadoras. Guía técnica (Indicaciones de uso)	Unidad				3.918	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	105	6740	SELLADORES PARA ODONTOPEDIATRÍA (PREVENCIÓN)	Uso Odontológico.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.919	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	106	3281	SINDESMOTOMO UÑA DE GATO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.920	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	107	3284	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.921	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	108	8980	SONDAS PERIODONTALES	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.922	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	109	9677	TIIJERA CURVA PARA ENCÍA	De 12 cm (+ - 1) Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.923	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	110	9747	TIRA METÁLICA PARA PULIR	Uso odontológico Tiras de 4 mm de ancho en sobres de 12 unidades como mínimo. Presentación: sobres.	Sobres			Res. N° 063-007/07	3.924	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	111	3293	TIRA PARA PULIR RESINAS	Uso odontológico Tiras en cajas de 100 a 150 unidades. Presentación: cajas.	Cajas			Res.N° 063-007/07	3.925	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	112	3294	TURBINA ODONTOLÓGICA	Tres a cuatro toberas de spray, velocidad mínima 300.000 r.p.m. sistema push button (sujeción de fresas por botón) Acople para torno de alta Velocidad	Unidad			RC.A. N° 102-012/10	3.926	
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	115	3295	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLÓGICO	Uso odontológico. Vidrio de 15 cm de largo (+ -1) y 8 cm de ancho (+ -1) y 1 cm de espesor.	Unidad				3.929	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	1	6902	ACEITE DE SILICÓN P/CIRUGÍA DE RETINA, PURIFICADO, ESTÉRIL, APIRÓGENO	De : 5000 centistokes en frasco o jeringa de 5 a 10 ml + catéter inyector. Presentación: kit. Uso oftalmológico.	Unidad			Res. N020-008/09. Res. Nº 050-007/11.	3.930	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	2	7447	ANILLO DE FIJACIÓN ESCLERAL DE KATENA, PARA INCISIÓN DE FACOEMULSIFICACIÓN EN CÓRNEA CLARA	Acero inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.931	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	3	7448	ANILLO DE FIJACIÓN ESCLERAL PARA LENTES DE VITRECTOMÍA	Silicona.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.932	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	4	7451	ANSA DE NÚCLEO	Acero inoxidable y/o titanio. Punta curva, superficie ranurada. (cerrada).	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.933	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	5	7457	BALÓN DE HONAN PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN INTRAOCULAR, BALÓN DE GOMA, MANÓMETRO	Con Banda Elástica Para La Cabeza Y Estuche Del Set	Unidad				3.934	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	6	7460	BISTURÍ DE DIAMANTE C/ MANGO (10 CM + - 2 CM), PUNTA TIPO CRESCENT, 2,5 MM DE ANCHO	Bordes Cortantes Con Doble Bisel, 200 Micras De Espesor.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.935	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	7	7461	BISTURÍ DE DIAMANTE C/ MANGO(10 CM + 2 CM) Y PUNTA CON BORDE CORTANTE DE 15º	100 Micras De Espesor	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.936	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	8	7462	BISTURÍ DE DIAMANTE C/ MANGO (10 CM + - 2 CM) Y PUNTA TIPO QUERÁTOMO, 3,0 MM DE ANCHO O MENOS.	Cuatro bordes cortantes de doble bisel, 200 micras de espesor angulado.	Unidad			Res Nº 126-018/09	3.937	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	9	9870-1	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 1 bolsillo lateral p/colecta de líquidos durante la cirugía	Unidad				3.938	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	10	9870-2	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 2 bolsillos laterales p/colecta de líquidos durante la cirugía	UNIDAD		ENVASE ESTÉRIL	RCA N° 039-019/2021	3.939	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	11	6883-2	CÁNULA DE EXTRUSIÓN DE CHARLES C/PUNTA SILICONADA	Descarable. Diámetro: 23 G.	Unidad			Res. Nº 050-007/11	3.940	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	12	6884	CÁNULA DE INFUSIÓN PARA VITRECTOMÍA	De 4 MM. Descartable. Uso oftalmológico	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 062-007/06-RCA N° 039-019/2021	3.941	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	13	6885	CÁNULA DE INFUSIÓN PARA VITRECTOMÍA 6 MM	Descartable. Uso oftalmológico	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.942	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	14	7073	CÁNULA DOBLE VÍA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN	TIPO SIMCOE C/ TUBULADURA DE SILICÓN DE 3,5 CM DE LONGITUD. Cánula 23 G., Curva. Aspirador 0,3 mm de diámetro.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 062-007/06-RCA N° 039-019/2021	3.943	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	15	7144	CÁNULA MANTENEDORA DE CÁMARA ANTERIOR TIPO LEWICKY 23 G	De 3 Mm De Longitud, Punta Biselada C/ Tubuladora De Silicón Y Adaptador	Unidad				3.944	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	16	7489	CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA POSTERIOR	TIPO JENSEN DE 25 G. Acero Inoxidable con Impregnación de Carburo en La Punta	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.945	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	17	10389	COTONETES-Hisopos	Hisopos de 8 cm + - 1 cm de largo: palillo de polipropileno, algodón, hidroxietilcelulosa y triclosano (antigérmen) con ambas puntas de algodón). Caja de cartón o envase de plástico por 75 a 150 unidades.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.946	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	18	6888	CUCHILLA PARA ESCLEROTOMÍA N° 57, ESTÉRIL,	Descartable, Paq. X 3	Unidad				3.947	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	19	7149	CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN P/ AMPLIAR INCISIÓN, PUNTA ROMA, DE 5,2 Y 6,2 MM DE ANCHO,ANGULADO	Descartable, Caja X 10 unidades	Unidad				3.948	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	20	7150	CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN TIPO CRESCENT	TIPO CRESCENT 2,75 mm DE ANCHO o menor, ANGULADO Descartable.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 062-007/06. Mod. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.949	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	21	7152	CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO MICROBISTURÍ	TIPO MICROBISTURÍ DE ÁNGULO 15º RECTO. Descartable.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 062-007/06. Mod. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.950	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	22	7153	CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO QUERÁTOMO	TIPO QUERÁTOMO, 2,75MM DE ANCHO o menor ,ANGULADO. Descartable.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.951	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	23	9300	EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO	BANDA DE CERCLAJE ESTILO 287. Tipo convexa de 7 mm(+ - 1) de ancho con surco central de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	3.952	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	24	9301	EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO	LAZO DE SILICONA ESTILO 287. Tira plana de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	3.953	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	25	6886-1	FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER de 20 G	Descartable. Compatible con equipo en uso.	Unidad			Mod. Res. Nº 050-007/11.	3.954	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	26	6886-2	FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER de 23 G	Descartable. Compatible con equipo en uso.				Res. Nº 050-007/11.	3.955	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	27	6887	FIBRA ÓPTICA DE ILUMINACIÓN PARA VITRECTOMÍA	Descartable	Unidad				3.956	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	28	7332	FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA INAMI		Unidad				3.957	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	29	7333	FOCO PARA MICROSCOPIO QUIRÚRGICO HLX 12V 50W TIPO 384643		Unidad				3.958	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	30	7334	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO MANUAL HEINEXHL	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO MANUAL HEINEXHL 3,5V 02 88 070	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.959	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	31	7335	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO MANUAL WELCH ALLYN 03000		Unidad				3.960	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	32	7336	FOCO PARA PROYECTOR INAMI HLX	FOCO PARA PROYECTOR INAMI HLX 64.250-6V - 20W.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.961	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	33	7337	FOCO PARA RETINOSCOPIO ELÉCTRICO INAMI		Unidad				3.962	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	34	7338	FOCO PARA RETINOSCOPIO HEINE	FOCO PARA RETINOSCOPIO HEINE 3,5V XHL X 02 88 048	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.963	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	35	7339	FOCO PARA RETINOSCOPIO INDIRECTO HEINE XRL 6V X 04 88 068		Unidad				3.964	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	36	7340	FOCO PARA RETINOSCOPIO INDIRECTO KEELER		Unidad				3.965	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	37	7341	FOCO PARA RETINOSCOPIO WELCH ALLYN NO 08200		Unidad				3.966	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	38	7665	FRESA MANUAL P/ CUERPO EXTRAÑO CORNEAL A BATERIA, MANGO CON TAPA.	Batería Aa X 2. Puntas De 0.5 Y 1.0 Mm	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.967	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	39	7666	FRESA MANUAL P/ PTERIGIÓN A BATERÍA, MANGO CON TAPA	Baterías Aa X 2.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 062-007/06-RCA N° 039-019/2021	3.968	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	40	6890	GANCHOS DE IRIS "DE JUAN" (GRIESHABER)	Descartable. Uso oftalmológico.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.969	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	41	6880	JUEGO DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO MODELO C3F8 (TEMP. AMBIENTE - SITIO SECO)	Con Contenedor De Gas Esterilizado 30 mL, 1(Un) Dispositivo De Jeringa Esterilizada, Filtro Conector	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.970	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	42	6899	PICKS P/ VITRECTOMÍA DE MICHAEL – RUMECK	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.971	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	43	6900	PICKS P/ VITRECTOMÍA DE PUNTA ROMA - RUMECK	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.972	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	44	6901	PICKS P/ VITRECTOMÍA ESPÁTULA DE VITRO - RUMECK	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.973	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	45	7104	PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA SIN DIENTES (8 cm de largo + - 1 cm)	pinza de conjuntiva anatómica cerrada delicada sin dientes (8 cm de largo + - 1 cm). Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.974	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	46	7105	PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, RECTA (8 cm de largo + - 1 cm)	pinza de conjuntiva anatómica delicada con dientes 1x2 recta (8 cm de largo + - 1 cm). Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.975	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	47	7106	PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, CURVA (8 cm de largo + - 1 cm)	pinza de conjuntiva anatómica delicada con dientes 1x2 curva (8 cm de largo + - 1 cm). Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.976	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	48	8828	PINZA DE CÓRNEA CASTRO VIEJO COLIBRÍ 0,12 CON DIENTES 1 X 2	pinza de córnea castro viejo colibrí 0,12 con dientes 1x2. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.977	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	49	7074	PINZA DE CÓRNEA CASTRO VIEJO-COLIBRÍ 0.12, CON PLATAFORMA	pinza de córnea castro viejo-colibrí 0.12 con plataforma. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.978	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	50	7075	PINZA DE TROUTMAN P/RECTO SUPERIOR, ANGULADA, CON DIENTES 1 X 2	pinza de troutman p recto superior angulada con dientes 1 x 2. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.979	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	51	8868-1	PINZA MOSQUITO RECTA, DE HALSTED	pinza mosquito recta de halsted. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.980	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	52	8868-2	PINZA MOSQUITO CURVA , DE HALSTED	pinza mosquito curva de halsted. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.981	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	53	8869-1	PINZA MOSQUITO RECTA , DE HARTMANN	pinza mosquitorecta de hartmann. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.982	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	54	8869-2	PINZA MOSQUITO CURVA, DE HARTMANN	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad			Res. Nº 050-007/11	3.983	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	55	8871	PINZA MUSCULAR DERECHA PEQUEÑA (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio. (8 cm de largo + - 1 cm)	Unidad			Res.Nº 126-018/09	3.984	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	56	8873	PINZA MUSCULAR IZQUIERDA PEQUEÑA (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio. (8 cm de largo + - 1 cm)	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.985	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	57	7110	PINZA P/CAUTERIO BIPOLAR TIPO MC PHERSON PUNTA ROMA, ANGULADA C/ CABLE.	pinza p cauterio bipolar tipo mc pherson punta roma angulada c/ cable. Acero Inoxidable y/o titanio. Adaptable a equipo en uso	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.986	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	58	8896	PINZA PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR	pinza para inserción de lente intraocular. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.987	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	59	8897	PINZA PARA REMOVER SUTURA, PUNTAS MUY FINAS IMPREGNADAS DE CARBURO	pinza para remover sutura puntas muy finas impregnadas de carburo. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.988	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	60	9896	PINZA PARA RESTOS OVULARES 27 cm	De Acero Inoxidable Quirúrgico (Variación + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.989	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	61	7112	PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA ANGULADA P/SUTURA DE 9,0 a 11,0	pinza porta hilos de mc pherson 5mm de plataforma angulada p/sutura de 9,0 a 11 5 mm. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.N°126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.990	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	62	7113	PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA, RECTA P/SUTURA 9,0 a 11,0	pinza porta hilos de mc pherson 5 mm de plataforma, recta p/sutura 9,0 a 11 . Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.991	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	63	8898-1	PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, RECTA	pinza portahilos de harms para, para hilos 7.0 a 9.0 recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.992	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	64	8898-2	PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, CURVA	pinza portahilos de harms para hilos 7.0 a 9.0 curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.993	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	65	8899-1	PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM , PARA HILOS 9.0 A 11.0, RECTA	pinza portahilos de tennant con plataforma de 6 mm , para hilos 9.0 a 11.0 recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.994	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	66	8899-2	PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM , PARA HILOS 9.0 A 11.0, CURVA.	pinza portahilos de tennant con plataforma de 6 mm , para hilos 9.0 a 11.0 curva.. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.995	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	67	6891-2	PINZAS P/ VITRECTOMÍA CHARLES 23G	pinzas para vitrectomia charles 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.996	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	68	6893-1	PINZAS P/ VITRECTOMÍA PARA CUERPO EXTRAÑO 20 G	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad			Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11	3.997	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	69	6893-2	PINZAS P/ VITRECTOMÍA PARA CUERPO EXTRAÑO 23G	pinzas p vitrectomía para cuerpo extraño 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.998	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	70	10387	PINZA PARA CAPSULORREXIS DE UTRATA, RECTA, PUNTAS CORTANTES.	pinza para capsulorrexis de utrata recta puntas cortantes. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	3.999	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	71	7116	PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍA HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, CON SEGURO	porta agujas para microcirugía hilo 9-0, 10-0 y 11-0 con seguro. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.000	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	72	7115	PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍAS HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, SIN SEGURO	porta agujas para microcirugías hilo9-0, 10-0 y 11-0 sin seguro. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.001	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	73	7117	PORTA AGUJAS STANDARD PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 CON SEGURO, curva	porta agujas standard para hilos s 6.0, 7.0 y 8.0 con seguro curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	4.002	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	74	7118-1	PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, recta	porta agujas standard para oftalmología para hilos 6.0, 7.0 y 8.0 sin seguro recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	4.003	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	75	7118-2	PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, curva.	porta agujas standard para oftalmología para hilos 6.0, 7.0 y 8.0 sin seguro curva.. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	4.004	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	76	7119	PORTA LÁMINAS (PARA HOJAS DE AFEITAR ROMPIBLES)	porta láminas para hojas de afeitar rompibles). Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	4.005	
Cir. Gral.	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	77	8068	PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL	Plástico Claro O Aluminio	Unidad				4.006	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	78	6882	PUNTAS DE VITRECTOMÍA	Descartable	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	4.007	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	79	6873	RETRACTOR ORBITARIO DE SCHEPENS	retractor orbitario de schepens. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. 049-029/05-RCA N° 039-019/2021	4.008	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	80	7133	TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS CURVA	tijera para tenotomía de stevens curva. Acero Inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.009	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	81	7132	TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS RECTA	tijera para tenotomía de stevens recta recta. Acero Inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.010	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	82	9902	TIJERA RECTA PARA MICROCIRUGíA 16 cm + - 2 cm.	acero inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. N° 126-018/09	4.011	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	83	7121	TIJERAS DE CASTROVIEJO, CURVA PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA	tijeras de castroviejo curva para transplante de córnea. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.012	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	84	7122	TIJERAS DE CÓRNEA UNIVERSAL TIPO CASTROVIEJO, HOJAS PEQUEÑAS, PUNTA ROMA	tijeras de córnea universal tipo castroviejo hojas pequeñas punta roma. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.013	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	85	7123	TIJERAS DE CÓRNEA, TIPO CASTROVIEJO PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA, DERECHA	tijeras de córnea tipo castroviejo pequeña, para microcirugía derecha. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.014	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	86	7124	TIJERAS DE CÓRNEA, TIPO CASTROVIEJO, PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA, IZQUIERDA	tijeras de córnea tipo castroviejo pequeña para microcirugía izquierda. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.015	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	87	7125	TIJERAS DE DISECCIÓN DE METZENBAUM, CURVA, PUNTA ROMA DE 145 MM + - 1 cm DE LONGITUD	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	4.016	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	88	7126	TIJERAS DE ENUCLEACIÓN, CURVATURA MEDIA	tijeras de enucleacion curvatura media. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.017	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	89	7127	TIJERAS DE IRIS TIPO BARRAQUER, HOJAS DE 7 MM, PUNTA ROMA	tijeras de iris tipo barraquer, hojas de 7 mm punta roma. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.018	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	90	7128	TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA, RECTA	tijeras de vannas p/ capsulotomía recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.019	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	91	7129	TIJERAS DE VANNAS,P/ CAPSULOTOMÍA, CURVA	tijeras de vannas,p/ capsulotomía curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.020	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	92	7130	TIJERA DE WESTCOTT PUNTA ROMA CURVA	tijera de westcott roma curva curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	4.021	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	93	6894-2	TIJERA INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA ANGULADA DE 90º O MENOR ANGULO 23G.	tijera intraocular p vitrectomía angulada de 90º o menor angulo 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	4.022	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	94	6895-1	TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA RECTA 20 G	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad			Res.Nº 126-018/09.Mod. Res. Nº 050-007/11	4.023	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	95	6895-2	TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA RECTA 23G	tijeras intraocular p/ vitrectomía recta 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	4.024	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	96	7131	TIJERA PARA CORTAR SUTURAS JAFEE PUNTA CORTANTE, HOJA MEDIANA Y CURVA.	tijera para cortar suturas jafee punta cortante hoja mediana y curva.. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09.Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	4.025	
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	97	7134	TIJERAS STANDARD PUNTA AGUDA CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio. Longitud 8 cm. Variación: + - 2 cm.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	4.026	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	98	7135	TIJERAS STANDARD PUNTA AGUDA RECTA	Acero Inoxidable y/o titanio. Longitud 8 cm. Variación: + - 2 cm.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	4.027	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	99	10388	TREPANO CORNEAL DESCARTABLE SIN SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE	De 6.0 a 9.5 mm de diámetro.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	4.028	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1	9814	Adaptador multipropósito de tres vías.	Para aplicar contraste en colangiografía o para el lavado con solución salina. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.029	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	2	9833	Adaptador para alimentación enteral	Para conectar a las sondas de alimentación, con tapa. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.030	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	3	9847	Adaptador con conección a rosca.	Para conectar catéteres de drenaje a bolsas colectoras, de plástico y goma. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.031	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	4	9843	Aguja de biopsia semi automática de 14 g y 9 a 10cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.032	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	5	9844	Aguja de biopsia semi automática de 16 g y 15cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.033	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	6	9842	Aguja de biopsia semi automática de 16 g y 9 a 10cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.034	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	7	9841	Aguja de biopsia semi automática de 18 g y 9 a 10cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.035	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	8	9836	Aguja de Chiba para biopsia.	Agujas de 21 g. x 20 cm. de largo. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.036	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	9	9837	Aguja de Chiba para biopsia.	Agujas de 22 g. x 10 cm. de largo. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.037	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	10	9838	Aguja de Chiba para biopsia.	Agujas de 22 g. x 15 cm. de largo. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.038	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	11	9845	Aguja para biopsia Ósea con punta en diamante	Cánula externa de 11 g. x 10 cm. de largo. Incluye un mango de aguja	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.039	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	12	9846	Aguja para biopsia Ósea con punta en diamante	Cánula externa de 13 g. x 10 cm. de largo. Incluye un mango de aguja	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.040	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	13	9839	Aguja para biopsia pulmonar	Agujas de 20 g. x 15 cm. de largo. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.041	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	14	9840	Aguja para biopsia pulmonar	Agujas de 22 g. x 15 cm. de largo. Descartable.	Unidad			RCA N° 064-029/07	4.042	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	15	9793	Balón para dilatación biliar vía percutánea.	Catéter de 5 Fr. 40 a 45 cm aprox, balón de 7 a 10 mm y 4 cm de longitud. Descartable.	Unidad			RCA N° 064-029/07	4.043	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	16	9794	Balón para dilatación biliar vìa percutánea.	Catéter de 5 Fr. 40 a 45 cm aprox, balón de 7 a 10 mm y 6 cm de longitud. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.044	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	17	9798	Canastilla para extracción de cálculos biliares vía percutánea.	Canastilla de 2 a 3 fr, de 3 alambres, y 100 a 130 cm de long de catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.045	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	18	9799	Canastilla para extracción de cálculos biliares vía percutánea.	Canastilla de 2 a 3 fr, de 4 alambres, y 100 a 130 cm de long de catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.046	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	19	9823	Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C1	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C1	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.047	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	20	9824	Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C2	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C2	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.048	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	21	9825	Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C3	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C3	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.049	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	22	9828	Catéter de cecostomía de hasta 6 cm. de longitud. De silicona	Incluye sólo el catéter para recambio. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.050	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	23	9777	Catéter de drenaje biliar interno-externo de 10 a 11 Fr. y 35 a 50 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.051	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	24	9732	Catéter de drenaje biliar interno-externo de 8 a 9 Fr. y 35 a 50 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.052	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	25	9774	Catéter de drenaje multipropósito de 10 a 11 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.053	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	26	9775	Catéter de drenaje multipropósito de 11,5 a 13 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.054	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	27	9776	Catéter de drenaje multipropósito de 13,5 a 15 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.055	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	28	9696	Catéter de drenaje multipropósito de 8 a 9 Fr. y de 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.056	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	29	9822	Catéter de gastrostomía de 14 fr. de silicona 100% y con balón	Incluye sólo el catéter de recambio. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.057	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	30	9830	Catéter gastroyeyunal de 16 a 17 fr 70 a 90 cm de largo. Silicona.	Incluye sólo el catéter para recambio. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.058	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	31	9783	Dilatador con cubierta hidrofílica. 10 FR	De 10 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.059	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	32	9784	Dilatador con cubierta hidrofílica. 12 FR	De 12 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.060	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	33	9785	Dilatador con cubierta hidrofílica. 14 FR	De 14 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.061	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	34	9786	Dilatador con cubierta hidrofílica. 16 Fr.	De 16 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.062	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	35	9779	Dilatador con cubierta hidrofílica. 6 FR	De 6 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.063	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	36	9780	Dilatador con cubierta hidrofílica. 7 FR	De 7 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.064	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	37	9781	Dilatador con cubierta hidrofílica. 8 FR	De 8 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.065	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	38	9782	Dilatador con cubierta hidrofílica. 9 FR	De 9 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.066	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	39	9817	Dilatador esofágico de 43 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.067	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	40	9818	Dilatador esofágico de 48 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.068	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	41	9819	Dilatador esofágico de 53 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.069	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	42	9820	Dilatador esofágico de 58 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.070	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	43	9795	Dispositivo para la insuflación de balones dilatadores biliares	Con botella de 20ml y 30 atm	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.071	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	44	9859	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35 mm de diam en los extremos, cuerpo 25 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.072	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	45	9860	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diam en los extremos, cuerpo 25 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.073	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	46	9861	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám en los extremos, cuerpo 25 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.074	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	47	9857	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám en los extremos, cuerpo 25 mm y 4 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.075	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	48	9858	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám en los extremos, cuerpo 25 mm y 6 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.076	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	49	9854	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.077	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	50	9855	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.078	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	51	9856	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 14 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.079	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	52	9853	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.080	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	53	9850	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.081	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	54	9851	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.082	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	55	9852	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 14 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.083	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	56	9849	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.084	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	57	9800	Equipo introductor para conducto cístico. Para colocación de coledocoscopios, catéteres, etc.	Vaina de 4mm x 10 a 15 cm que acepte instrumentos hasta 12,0 Fr. Descartable.	Undad			Res. N° 022-026/07	4.085	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	58	9699	Guía 0.018" Punta angulada de aleación de niquel y titanio.	De 0.018" y de 50 a 80 cm. de longitud. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.086	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	59	9811	Guía 0.018" Punta curva en "J" y teflonada o de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.018" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.087	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	60	9810	Guía 0.018" Punta recta y teflonada o de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.018" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.088	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	61	9812	Guía 0.035" Punta angulada, cobertura hidrofílica para procedimientos de cirugía percutánea biliar.	De 0.035" y de 150 a 200 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.089	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	62	9305	Guía 0.035" Punta angulada, cobertura hidrofílica para procedimientos de cirugía percutánea biliar.	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de longitud. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07	4.090	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	63	9804	Guía 0.035" Punta curva en "J" y teflonada o de PTFE (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.091	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	64	9805	Guía 0.035" Punta curva en "J" y teflonada o de PTFE (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.092	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	65	9809	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta curva y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.093	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	66	9807	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta recta y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.038" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.094	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	67	9808	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta recta y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 200 a 300 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.095	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	68	9806	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta recta y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.096	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	69	9821	Kit de Gastrostomía de 14 Fr, catéter con balón y de silicona. Vía percutánea.	Kit incluye aguja , bisturí, guía, dilatador, y peel away para introducción de la sonda de gastrostomía. Descartable.	Kit			RCA N° 064-029/07	4.097	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	70	9017-2	KIT DE TROCAR PARA CVL DE 5 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO, CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	El Kit incluye dos cánulas y un trocar, Estéril, descartable.-	Kit			RCA N° 064-029/07	4.098	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	71	9016-2	KIT DE TROCAR PARA CVL DE 5-12 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO Y CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	El Kit incluye dos cánulas y un trocar, Estéril, descartable.-	Kit			Res. N° 022-026/07	4.099	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	72	9813	Mango para la colocación de guías	Accesorio para permitir el bloqueo de las guías. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.100	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	73	9834	Pinza flexible sacabocados de 5.0 Fr. X 60 cm. aprox.	Para biopsia endoluminal biliar	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.101	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	74	9787	Puntos percutáneos para acercar el estómago para la colocaciòn de gastrostomìa.	En paquetes de dos a cuatro unidades. Descartable.	paquetes			Res. N° 022-026/07	4.102	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	75	9832	Set de alimentación enteral, catéter de 9 a 10 Fr y 120 a 140 cm de largo. Silicona.	Catéter que permite la introducción sobre guía con peso de metal en la punta distal para la progresión al yeyuno. Descartable.	Unidad			Res. N° 004-021/09	4.103	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	76	9848	Set de biopsia hepática transyugular. Aguja de 15 G y 50 a 55 cm de largo	Set incluye introductor, dilatadores, guía, aguja de biopsia, agujas de 20 y 21g, catéter introductor. Descartable.	Kit			Res. N° 004-021/09	4.104	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	77	9778	Set de dilatadores renales tipo Amplatz radiópacos con vainas de TFE. (Tetrafluoretileno)	Set incluye dilatadores de 6fr, 8fr, 10fr, 12fr, 14fr, 16fr, 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr y 30 fr. Catéter guía de 8.0 Fr de TFE (Tetrafluoretileno) Presentación KIT	UNIDAD			Res. N° 022-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.105	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	78	9796	Set de dren biliar interno laparoscópico.	Dren de 6 a 8 fr. y 6 a 7 cm. Con accesorios para su colocación. Descartable.	Kit			Res. N° 022-026/07	4.106	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	79	9797	Set de exploraciòn percutánea para la vía biliar.	Incluye catéter con balón de 8 a 10mm y 4 a 5 cm; guía hidrofílica 0.035"; canastilla sin punta de 2 a 3 fr; introductor; llave de tres vías. Descartable.	Kit			Res. N° 022-026/07	4.107	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	80	9835	Set de extracción intravascular.	Catéter de 8 fr y 100 cm de largo. Incluye guía 0.021" de 150 cm.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.108	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	81	9831	Set de gastrostomía percutánea con catéter cola de chancho de 12 a 16 fr, y 25 a 40 cm de largo	Set incluye aguja, guía, dilatadores, adapator enteral, catéter cola de chanco y catéter introductor. Descartable.	Kit			Res. N° 022-026/07	4.109	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	82	9829	Set de gastroyeyunostomía de doble lúmen de 16 a 17 fr. 70 a 90 cm de largo. Silicona.	Set incluye aguja, puntos percutáneos, guía, adaptador enteral, catéter introductor, peel away y catéter gastroyeyunal. Descartable.	Kit			Res. N° 022-026/07	4.110	
Cirugía de Minima Invasiva-HEMODINAMIA	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	83	9802	Set introductor percutáneo con válvula de control de flujo	Diseño con punta radiópaca de 6 Fr. x 13 a 15 cm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07 - RCA: N° 082-032/2020	4.111	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	84	9803	Set introductor percutáneo con válvula de control de flujo	Diseño con punta radiópaca de 7 Fr. x 13 a 15 cm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.112	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	85	9697	Set introductor percutáneo de 6Fr. y 20 a 25 cm.	Incluye aguja de Chiba y guía. Para paso de guía 0.018" y 0.038".Con banda radiópaca y cubierta hidrofílica. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.113	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	86	9698	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO: INTRODUCTOR PERCUTÁNEO DE 7 FR	Largo de 20 a 25 cm con aguja, guía para paso de guía 0.18 y 0.38 Estéril, descartable.-	Unidad		Kit	Res. N° 022-026/07 RCA: N° 082-032/2020	4.114	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	87	9801	Set introductor percutáneo de 7Fr.y 20 a 25 cm con vía lateral.	Incluye aguja de Chiba, guía y catéter de 5 Fr. Para paso de guía 0.018" y 0.038". Con banda radiópaca y cubierta hidrofílica. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.115	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	88	9788	Set introductor tipo peel away.	De 20 fr. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.116	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	89	9791	Set introductor tipo peel away.	De 24 fr. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.117	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	90	9789	Set introductor tipo peel away.	De 22 fr. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.118	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	91	9790	Set introductor tipo peel away.	De 23 fr. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.119	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	92	9792	Set introductor tipo peel away.	De 26 fr. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07	4.120	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	93	9816	Set para colangiografía con guía. Catéter de 5 fr x 65 cm con guía de 0.035" .	Para acceso a los conductos biliares durante colecistectomía percutánea. Radiópaco. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07	4.121	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	94	9815	Set para colangiografía. Catéter de 5 fr. 90 cm. Con guía de 0.021" .	Set para procedimientos de colecistectomía laparoscópica. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.122	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	95	9827	Set percutáneo de cecostomía de hasta 6 cm. de longitud. De Silicona.	Set incluye aguja, 2 guías, puntos percutáneos, dilatador, catéter de drenaje, adaptador enteral, tubo conector y catéter de cecostomía. Descartable.	Kit			RCA N° 064-029/07	4.123	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	96	9017-1	TROCAR PARA CVL DE 5 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO, CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	Estéril, descartable.-	Unidad			RCA N° 064-029/07	4.124	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	97	9016-1	TROCAR PARA CVL DE 5-12 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO Y CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	Estéril, descartable.-	Unidad			Res. N° 022-026/07	4.125	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	98	9826	Tubo adaptador de 14 fr. 30 cm de largo.	Se conecta a catéter de drenaje y a bolsa colectora. Descartable.	Unidad				4.126	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1	10210	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200 CM. DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA. Hidrofilica	ALAMBRE GUIA 0.014 X 170 A 200CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA PARA OCLUSIONES CRONICAS. HIDROFILICA:Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofílico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 054-022/08. Res Nº 070-016/11 -RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.127	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	2	7200	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	-Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofilica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023	4.128	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	3	5706	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	-Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofilica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023	4.129	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	4	7201	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	-Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofilica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 -RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.130	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	5	5660	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	-Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofilica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023	4.131	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia-Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	6	6938	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA ¨J¨ O RECTO MOLDEABLE, TIPO INTERMEDIO x 260 a 300 CM.DE LONGITUD. Hidrofílica.	Alambre Guia 0,014´´ Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 260 a 300cm de longitud. Hidrofilica: Con material de nucleo de la guia de acero inoxidabley recubrimiento dista hidrofilico. Con certificacion de aprobacion de FDA y/o CE.Experiencia minima de 5años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estosproductos, sin notificacion a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad tecnica y su utilizacion. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11-RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.132	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	7	3590	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA ¨J¨ O RECTO MOLDEABLE, TIPO FLOPPY x 170 a 200 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.	Alambre guia 0,014´´ Punta J o recto moldeable tipo Floppy x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofilico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11 RCA Nº 070-020/2023	4.133	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	8	6987	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.134	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	9	6988	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.135	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	10	6989	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.136	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	11	7593	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.137	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	12	7594	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.138	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	13	7595	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.139	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	14	7596	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 14 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.140	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	15	7597	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 14 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.141	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	16	7598	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 14 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.142	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	17	7599	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 16 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.143	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	18	7600	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 16 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.144	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	19	7601	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 16 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.145	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	20	7602	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 18 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.146	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	21	7603	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 18 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.147	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	22	7604	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 18 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.148	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	23	7605	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 20 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.149	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	24	7606	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 20 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.150	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	25	7607	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 20 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.151	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	26	7608	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 22 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.152	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	27	7609	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 22 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.153	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	28	7610	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 22 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.154	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	29	7611	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 24 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.155	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	30	7612	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 24 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.156	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	31	7613	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 24 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad				4.157	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	32	3662	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 8 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH.		Unidad				4.158	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	33	7614	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 8 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH.		Unidad				4.159	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	34	7615	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 8 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH.		Unidad			Res. 049-029/05	4.160	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	35	6040	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.161	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	36	5073	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 8 A 27MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.162	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	37	6041	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.163	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	38	4871	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 054-022/08 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.164	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	39	10203	CATETER BALON: CATETER BALON DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATETER BALON SEMICOMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro y de 6 A 27 mm de longitud de alta presión compatible con Catéter Guía 5french y con Alambre Guía 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM . Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 054-022/08-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.165	*
Servicio de Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	40	10204	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 10 a 12 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento..	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res.Nº 054-022/08-RCA Nº 098-028/2021	4.166	*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	41	10205	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro de 6 A 27 MM de longitud de alta presión compatible con Catéter Guía 5french y con Alambre Guía 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM . Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod. Res. Nº 067-001/06-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.167	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	42	5626	CATÉTER BERMANN- ANGIO 4 A 5 FR.	Estéril, descartable.	Unidad			Res. 049-029/05	4.168	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	43	7203	CATÉTER BERMANN- ANGIO 6 FR.	Estéril, descartable.	Unidad			Res.Nº 049-029/05	4.169	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	44	7204	CATÉTER BERMANN- WEDGE 4 A 5 FR.	Estéril, descartable.	Unidad				4.170	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	45	7205	CATÉTER BERMANN- WEDGE 6 FR.		Unidad			Res. 049-029/05	4.171	
Endovascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	46	7279	CATÉTER CONECTOR P/PRESIÓN INVASIVA DE 40 a 100 cm	Estéril	Unidad			Res. G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	4.172	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	47	7172	CATÉTER DE COURNARD 6 FRENCH		Unidad				4.173	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	48	7173	CATÉTER DE COURNARD 7 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08	4.174	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	49	7174	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.175	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	50	5815	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.176	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	51	7175	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.177	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	52	3596	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.178	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	53	7176	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 3 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.179	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	54	5816	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 3 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.180	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	55	5773	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.181	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	56	7177	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 3 DE 5 A 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.182	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	57	7178	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 1 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.183	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	58	5818	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 1 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.184	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	59	7179	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.185	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	60	5819	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.186	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	61	7180	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 4 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.- 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.187	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	62	5659	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.188	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	63	7181	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.189	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	64	5768	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.190	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	65	7182	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.191	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	66	5770	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.192	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	67	7183	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.193	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	68	7184	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.194	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	69	7185	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.195	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	70	5766	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.196	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	71	5767	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.197	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	72	7186	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.198	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	73	5769	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.199	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	74	3595	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.200	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	75	5110	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.201	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	76	7187	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.202	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	77	5775	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MAMARIA 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.203	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	78	7189	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.204	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	79	7190	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 7 FRENCH		Unidad			Res. 049-029/05	4.205	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	80	7192	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad			Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.206	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	81	7193	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.207	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	82	7194	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 7 FRENCH	Longitud de 100 a 120 cm.	Unidad				4.208	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	83	7196	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL CORTO 7 FRENCH	Longitud 50 cm a 80 cm.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06. Res. Nº 070-016/11	4.209	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	84	7211	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL 50 a 80 CM DE LONG. 4 FR	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.210	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	85	7197	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL CORTO 50 a 80 CM DE LONG. 5 FR	Estéril,descartable ,recto ó angulado	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.211	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	86	7195	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL CORTO 50 a 80 CM DE LONG. 6 FR	Estéril,descartable ,recto ó angulado	Unidad			RCA N° 030-013/08	4.212	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	87	7199	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SONES 7 FR		Unidad			Res. 049-029/05	4.213	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	88	7198	CATÉTER DIAGNOSTICO: CATETER DE DIAGNOSTICO SONES DE 6 FR	Esteril, Descartable, del Tipo Soft Tip. CATETER DE DIAGNOSTICO SONES DE 6 FR CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.214	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	89	3591	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6 FRENCH Y 0,078´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.215	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	90	3592	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071´´ PARA 6FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.216	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	91	3593	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.217	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	92	5697	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR1 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.218	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	93	5698	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR2 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.219	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	94	5777	CATÉTER GUÍA JL 4,5 - 6 A 7 FR		Unidad				4.220	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	95	5780	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 A 7 FR	CON MALLA DE TRANZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y DE 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.221	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	96	5703	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR.	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6 FRENCH Y 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.222	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	97	5927	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA Nº 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.223	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	98	5952	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH.	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071´´ PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.224	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	99	7237	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA Nº3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078´´ PARA 7FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.225	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	100	7238	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA Nº3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0.078´´ PARA 7FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.226	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	101	5953	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO N° 4 de 6 a 7 FR	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO N° 4 de 6FR: Catéter guía extra soporte izquierdo n° 4 de 6fr con malla de trenzado doble de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038´´ con 2 agujeros laterales en la punta de 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071´´ para cateteres de 6 Fr y de 0,078´´ para cateteres de 7 french Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.227	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	102	5776	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.228	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	103	3689	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0.078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.229	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	104	5778	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´PARA 6FRENCH Y 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.230	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	105	5779	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078 ´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.231	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	106	5784	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.232	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	107	5782	CATÉTER GUÍA: CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6FRENCH Y 0,078´PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.233	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	108	7188	CATÉTER GUÍA: CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR	Estéril, descartable, terapéutico.- CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR. CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038´ CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071´´ PARA 6 FRENCH Y 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.234	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	109	7235	CATÉTER MULTIUSO A1 - 4 A 5 FRENCH.	Estéril, descartable.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.235	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	110	7236	CATETER GUIA: CATÉTER MULTIUSO A2 - 4 A 5 FRENCH.	CCON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE , PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.236	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	111	7210	CATÉTERES NIH 6 FRENCH CORDIS		Unidad			Res. 049-029/05	4.237	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	112	4792	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.238	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	113	7209	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.239	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	114	7227	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 8 a 9 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.240	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	115	7228	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 10 a 11 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.241	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	116	7229	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 12 a 13 MM DE DIÁMETRO	Estéril , descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.242	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	117	7230	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 14 a 16 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.243	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	118	7231	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 18 a 19 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.244	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	119	7232	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 20 a 21 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.245	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	120	7233	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 22 a 23 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.246	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	121	7234	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 24 a 26 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Res. 049-029/05	4.247	
Endovascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	122	7278	CATÉTER PROLONGADOR DE ALTA PRESIÓN P/1200 a 1500 PSI de 40 a 80 cm DE LONGITUD	Estéril	Unidad			Res. G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	4.248	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	123	7206	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE RASHKIND 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.249	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	124	7207	CATÉTER DE RASHKIND 6 FRENCH		Unidad				4.250	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	125	7208	CATÉTER DE RASHKIND 7 FRENCH		Unidad				4.251	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	126	9921	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 10 cm DE LARGO	De 5 a 6,5 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.252	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	127	9922	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 10 cm DE LARGO	De 8 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.253	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	128	9923	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 12 cm DE LARGO	De 8 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.254	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	129	9911	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 3 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.255	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	130	9912	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 4 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.256	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	131	9913	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.257	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	132	9914	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.258	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	133	9915	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.259	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	134	9916	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.260	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	135	9917	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	De 6,5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.261	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	136	9918	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 8 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.262	
	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	137	9919	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 8 cm DE LARGO	De 6,5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res Nº 070-016/11	4.263	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Endovascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	138	7276	CONTECTOR EN Y (YPSILON) DE 2 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA		Unidad			Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	4.264	
Endovascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	139	7277	CONTECTOR EN Y (YPSILON) DE 3 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	De uso en angioplastía coronaria.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11- Res.G.S.NºD 029/2021-28/04/21	4.265	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	140	9920	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 8 cm DE LARGO	De 8 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas, con su propio sistema de liberación mecánico que permita posicionar el Coil.-	Unidad			Res. 049-029/05	4.266	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	141	7262	GUIAS LARGAS TETRAFLUORETILENO DE INTERCAMBIO N 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD	Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.267	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	142	7169	INTRODUCTOR P/CATETERISMO PEDIÁTRICO 5 FRENCH	Kit compuesto por aguja de punción arterial Incluida,alambre guía e introductor.-	Kit			Res. 049-029/05	4.268	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	143	7098	INTRODUCTOR ARTERIAL FEMORAL: INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCION 18 G Y VALVULA HEMOSTATICA KITS	Unidad	FDA y/o CE	Kit	Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.269	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	144	7170	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 7 FRENCH	Con Aguja de Punción Arterial (Kit)	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.270	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	145	4791	INTRODUCTOR P/CATETERISMO PEDIÁTRICO 4 FRENCH	Kit compuesto por aguja de punción arterial Incluída,alambre guía e introductor.-	Kit			Res. 049-029/05	4.271	
Endovascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	146	7280	JERINGA DE 150 a 180 cc DE ALTA PRESIÓN, ADAPTABLE A BOMBA INYECTORA ANGIOMAT 6000	Descartable	Unidad			Res.Nº 054-022/08- Res. G.S. Nº D 029/2021-28/04/21	4.272	
Servicio de Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	147	10206	JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL DE 150 ML A 180 ML PARA LA BOMBA INYECTORA MEDRAD MARK V PROVIS	Estéril, desechable	Unidad			Res.Nº 054-022/08	4.273	
Servicio de Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	148	10207	KIT DE CATÉTER ASPIRADOR DE TROMBO DE 7 FRENCH, COMPATIBLE CON CATÉTER GUÍA DE 7 FRENCH, ALAMBRE GUÍA 0,014 Y DE INTERCAMBIO RÁPIDO.	Estéril, desechable	Kit			Res.Nº 054-022/08	4.274	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	149	10208	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 5 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	Estéril, desechable	Kit			Res.Nº 054-022/08-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21 RGS N° D016-2023	4.275	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	150	10209	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCION, ALAMBRE GUIA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO: Introductor arterial radial con recubrimiento hidrofílico M Coat, tamaños de 6 FR, largos de 10 cm, válvula hemostática unidireccional de diseño corte cruzado, dilatador de suave transición y broche de presión para mayor control con la vaina. Miniguía de 0,025" y 45 cm de largo, catéter de punción de 20G y 1 ¼" de largo. Con conector lateral con llave de 3 vias + un ojo de sutura para fijación.	Unidad	FDA y/o CE	Kit	Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.276	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	151	3665	MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA		Unidad			Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023	4.277	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	152	5707	STENT DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 18 a 20 MM DE LONGITUD	Stent Convencional,Estéril, Descartable, de aleación cromo-cobalto ó cromo platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.278	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	153	7239	STENT DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 18 a 20 MM DE LONGITUD	Stent convencional, estéril, convencional, de aleación cromo- cobalto ó cromo platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.279	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	154	7240	STENT DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 23 A 25 MM DE LONGITUD	Stent convencional,estéril, descartable, de aleación cromo cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06. Res. Nº 070-016/11	4.280	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	155	4825	STENT DE 3 MM DE DIÁMETRO x 14 a 16 MM DE LONGITUD	Stent Convencional ,Estéril, Descartable, de aleación cromo- cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.281	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	156	7241	STENT DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 18 A 20 MM DE LONGITUD	Stent convencional, estéril, descartable, de cromo- cobalto ó cromo - platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.282	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	157	7242	STENT DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 23 a 25 MM DE LONGITUD	Stent convencional, estéril, descartable, dealeación cromo - cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06. Res. Nº 070-016/11	4.283	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	158	4833	STENT DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 14 a 16 MM DE LONGITUD	Stent Convencional ,Estéril, Descartable, de aleación cromo- cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.284	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	159	10304	STENT RENAL	Stent montado sobre balón. Hecho de acero inoxidable cromo- cobalto, montado sobre balón, compatible con alambre guía de 0,018" /0,014" de 4 a 7 mm de longitud. Estéril.	Unidad			Res.N° 022-027/07	4.285	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	160	9927	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO LAZO	Con asa en lazo atraumatica. De 6 a 6,5 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Lazo con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Unidad		Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Res.N° 022-027/07 - RCA: N° 047-001/18	4.286	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	161	9926	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO CESTA	Con punta del cesto atraumatico. De 7 a 8,5 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Cesta con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Unidad		Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Res.N° 022-027/07 - RCA: N° 047-001/18	4.287	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	162	11302	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO TREBOL	Con 4 asas en forma de trebol, atraumáticas. De 6 a 7 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Asas con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	4.288	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	163	9925	SISTEMA DE LIBERACIÓN MECÁNICO PARA COILS 110 a 115 cm DE LARGO	Arterial y/0 venoso X 0,036"	Unidad			Res.N° 022-027/07	4.289	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	164	9924	SISTEMA DE LIBERACIÓN MECÁNICO PARA COILS 80 a 85 cm DE LARGO	Arterial y/0 venoso X 0,035"	Unidad				4.290	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	165	10717	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 50 A 70 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCTOR Y SU CATETER GUIA.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	4.291	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cardiocirugía	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	166	10718	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 110 A 130 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCTOR Y SU CATETER GUIA.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	4.292	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	167	10724	ALAMBRE GUÍA 0,025 PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023	4.293	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	168	10725	ALAMBRE GUÍA 0,025 PUNTA J	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA "J ". Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023	4.294	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	169	10726	KIT INTRODUCTOR 7 FRENCH, LARGO DE 21 A 25 CM.	Con aguja de punción arterial y alambre guía. Estéril, descartable.	Kit			RCA: N° 106-019/12	4.295	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	170	10727	ALAMBRE GUÍA: GUÍA HIDROFILICA PARA USO EN OCLUSIONES CRÒNICAS ARTERIOVENOSAS.	Punta J o recto moldeable de 0,014" y 180 a 190 de largo. Descartable Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 106-019/12 RCA Nº 070-020/2023	4.296	
Endovascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	171	10728	Manifold para cateterismo: llave de 3 vias con rotor para contraste, presion invasiva y fluidos.	esteril, descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12-Res.G.S. Nº D 029/2021-28/04/21	4.297	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	172	11113	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.0 mm x 8 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.298	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	173	11114	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.25 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.299	*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	174	11115	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.50 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.300	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	175	11116	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.75 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.301	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	176	11117	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3.00 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.302	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	177	11118	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3.50 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.303	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	178	11119	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.00 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.304	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	179	11120	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.50 mm x 12a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.305	*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	180	11121	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 5.00 mm x 12 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.306	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	181	11122	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.0 mm x 8 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.307	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	182	11123	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2,25 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.308	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	183	11124	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.5 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.309	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	184	11125	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.75 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.310	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	185	11126	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3.0 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.311	*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	186	11127	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3,5 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.312	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	187	11128	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.0 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.313	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	188	11129	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.5 mm x 12 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17- RCA Nº 098-028/2021	4.314	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	189	11130	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 5.0 mm x 12 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA: N° 066-005/17-RCA Nº 098-028/2021	4.315	*
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	190	11217	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DE COMUNICACIÓN INTERATRIAL PERSISTENTE TAMAÑO 4 mm al 38 mm	CON DISCO DOBLE, AUTO-EXPANDIBLE CON MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL. DISCOS UNIDOS ENTRE SÍ POR UNA CORTA CINTURA DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE AL TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN INTER-ATRIAL. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA LIBERADOR DE ENTREGA UN CATETER GUIA. EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN KITS	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.316	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	191	11218	BALON DE VALVULOPLASTIA Y ANGIOPLASTIA PERIFERICA DE BAJO PERFIL 6 mm x 20 mm al 12 mm x 20 mm	SEMI COMPLACIENTE SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, CATETER DE 80 CM DE LONGITUD. INTRODUCTOR COMPATIBLE CON 5 FRENCH	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.317	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	192	11219	GUIA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 cm	SUPER RIGIDA DE 0,035 mm, AFILADA LOS PRIMEROS 7 CM, CON PUNTA CURVA DE "J" DE 3 MM	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.318	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	193	11220	ALAMBRE GUÍA: GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 150 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 150 CM DE LONGITUD CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	UNIDAD	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 089-019/17 RCA Nº 070-020/2023	4.319	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	194	11221	ALAMBRE GUÍA: GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 260 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	UNIDAD	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 089-019/17 RCA Nº 070-020/2023	4.320	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	195	11222	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 4 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,025/0,018". PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17 RGS N° D016-2023	4.321	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	196	11223	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 5 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,021/0,025". PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17 RGS N° D016-2023	4.322	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	197	11224	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 6 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,021/0,025". PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17 RGS N° D016-2023	4.323	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	198	11225	BALON PARA VALVULOPLASTIA PULMONAR Y AORTICA DE 14 MM X 40 MM AL 25 MM X 40 MM	BALON SEMI COMPLACIENTE, SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON DOS MARCAS RADIOPACAS, CON HOMBRO CORTO, CATETER DE 110 CM DE LONGITUD, PRESION DE RUPTURA DE 6 ATM, INTRODUCTOR COMPATIBLE CON 8 F	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.324	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	199	11226	CATETER GUIA VAINA TIPO MULLINS 8 F al 14 F DE 85 CM	CATETER GUIA TIPO VAINA TIPO MULLINS, DE 85 CM, CON VALVULA	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.325	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	200	11227	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR al 14 mm aortico-12 mm pulmonar	EL SISTEMA, UN DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE HECHO DE NITINOL MALLA DE ALAMBRE. CON UNA FALDA DE RETENCION EN EL LADO AORTICO QUE PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO EN LA AMPOLLA DEL CONDUCTO. A MEDIDA QUE EL OCLUSOR SE IMPLANTA, SE EXPANDE HACIA AFUERA Y LOS CABLES EMPUJAN CONTRA LA PARED DEL CONDUCTOR. EL DISPOSITIVO CUENTA CON UN TEJIDO DE POLIESTER QUE SE COSE EN EL OCLUSOR. EL TEJIDO INDUCE TROMBOSIS QUE CIERRA LA COMUNICACION. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA DE ENTREGA UN CATETER GUIA DE 180° EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORREPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.326	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	201	11228	STENT PERIFERICO RENAL DE 5 MM DE DIAMETRO X 15 MM al 7 MM DE DIAMETRO AL 19 MM DE LONGITUD PRE-MONTADO EN BALON	EL SISTEMA STENT PREMONTADO, VIENE CON UN STENT DE METAL DE ACERO INOXIDABLE, CELULAS CERRADAS, MONTADO EN UN BALON SEMI COMPLACIENTE CON PRESION MAXIMA DE INSSUFLADO DE HASTA 14 ATM, CON DOS MARCAS RADIOPACAS, QUE ACEPTAN GUIAS DE ALAMBRE DE 0,014 HASTA 0,018	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.327	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	202	11229	STENT PERIFERICO DE METAL, DE 19 MM AL 40 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO	STNT DE ACERO INOXIDABLE, CON CELDAS CERRADAS, FLEXIBLE, CON ALTA FUERZA RADIAL, NO MONTADO Y NO AUTOEXPANDIBLE. CON CAPACIADA PARA MONTAR EN BALONES, SER GUIADAS EN VAINAS LARGAS.	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.328	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	203	11230	CATETER BALON DE ATRIOSEPTOSTOMIA 5 F	EL BALON DE ATRIOSEPTOSTOMIA ES UN CATETER DE DOBLE LUMEN, DE 50 CM DE LONGITUD COMPUESTO DE UN BALON DE 9,5 MM (13,5) MM DE DIAMETRO, BALON NO COMPLACIENTE DE 1 CC DE VOLUMEN, (2CC) CON AGUJERO DISTAL, QUE PERMITE EL PASAJE DE GUIA DE ALAMBRE 0,014. EL BALON VIENE CON UNA ANGULACION DE 30° PARA EL FACIL PASAJE AL ATRIO IZQUIERDO.	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17	4.329	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	204	11298	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 6 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,18". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	4.330	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	205	11299	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN: CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 6 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 047-001/18 RCA Nº 070-020/2023	4.331	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	206	11300	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 Fr., de punta curva, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. . Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	4.332	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	207	11301	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN: CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 - 7,5 Fr., de cuerpo blando, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 047-001/18 RCA Nº 070-020/2023	4.333	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	1	7445	INTRODUCTOR DE CATÉTER PARA UBICAR EL DISPOSITIVO DEL FILTRO Y DEL STENT DE 7 FR. DE DIÁMETRO		Kit			Res.079-043/06	4.334	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	2	7735	PARCHE DE PTFE CARDIOVASCULAR 0,4 de pared (espesor),Medidas: 20 mm x 90 mm		Unidad			Res.079-043/06	4.335	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	3	6867	PARCHE DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) Medidas: 10 cm X 10 Cm	Medidas: 10 cm x 10 cm	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.336	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	4	6860	PRÓTESIS ANILLADA DE PTFE.(POLITETRAFLUORETILENO) DE 6 mm X 30 cm de largo mínimo	De 6 mm x 30 cm de largo mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.337	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	5	6861	PRÓTESIS ANILLADA DE PTFE.(POLITETRAFLUORETILENO) DE 8 mm X 30 cm de largo mínimo	De 8 mm x 30 cm de largo mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.338	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	6	5922	PRÓTESIS BIFURCADA DE DACRÓN DE 16 MM A 22 MM		Unidad				4.339	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	7	7734	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 14 X 7 mm x 40 cm. De largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.340	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	8	7733	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 16 X 8 mm x 40 cm.Mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.341	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	9	7732	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 18 X 9 mm x 40 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.342	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	10	7731	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 20 X 10 mm x 40 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.343	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	11	7730	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 22 X 11 mm x 40 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.060-010/05	4.344	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	12	7708	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)14 X 7 mm x 40 cm. Mínimo	14 X 7 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.345	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	13	7707	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 16 X 8 mm x 40 cm. Mínimo	16 X 8 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.346	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	14	7706	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 18 X 9 mm x 40 cm. Mínimo	18 X 9 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.347	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	15	7705	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 20 X 10 mm x 40 cm. Mínimo	20 X 10 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.348	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	16	7704	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 22 X 11 mm x 40 cm. Mínimo	22 X 11 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.349	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	17	7729	PRÓTESIS O INJERTO CÓNICO DE DACRÓN 6 X 8 mm x 60 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.350	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	18	7710	PRÓTESIS O INJERTO CÓNICO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 4 X 7 mm x 40 cm de largo mínimo	4 X 7 mm x 40 cm de largo mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.351	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	19	7712	PRÓTESIS O INJERTO CÓNICO DE PTFE VENAFLO 4 X 7 mm x 40 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.352	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	20	7717	PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 10 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.353	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	21	7718	PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 12 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.079-043/06	4.354	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	22	7719	PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 14 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad				4.355	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	23	6847	PRÓTESIS RECTA DE PET. (POLITEREFTALATO DE ETILENO) PRECOAGULADA/PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) DE 24 X 40 MM	DE 24 X 40 MM	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.356	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	24	6848	PRÓTESIS RECTA DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) DE 0,6 X 70 MM	DE 0,6 X 70 MM	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.357	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	25	6849	PRÓTESIS RECTA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) DE 0,8 X 70 MM	DE 0,8 X 70 MM	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.358	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	26	3682	PRÓTESIS DE PTFE (POTETRAFLUORETILENO) IMPREGNADO CON CARBONO 5 mm X 30 cm Mínimo	IMPREGNADO CON CARBONO 5 mm x 30 cm Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.359	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	27	3681	PRÓTESIS DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) IMPREGNADO CON CARBONO 6 mm X 30 cm Mínimo	IMPREGNADO CON CARBONO 6 mm X 30 cm Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.360	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	28	3680	PRÓTESIS VASCULAR PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) IMPREGNADO CON CARBONO 4 mm X 30 cm Mínimo	IMPREGNADO CON CARBONO 4 mm X 30 cm Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.361	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	29	9940	PRÓTESIS VASCULAR RECTA PRECOAGULADA	4 mm X 40 cm PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)	Unidad			Res.N° 031-023/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.362	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	30	9941	PRÓTESIS VASCULAR RECTA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)	6 mm X 20 cm PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)	Unidad			Res.N° 079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.363	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	31	9317	SISTEMA DE DE STENT DE CAROTÍDEO PARA GUÍA O,14" DE 8 MM.	De 8 mm de diámetro x 40 mm de longitud De aleación de niquel y titanio con alta resistencia radial, 135 cm de long. Con diám. Externo 5 Fr.	Kit			Res.N° 079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.364	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	32	9316	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EMBOLIZACIONES (FILTROS) DE 7 MM	7 mm de diámetro x 180 cm de largo para guía de 0,014". Misma marca y procedencia que el sistema de Stent Carotídeo 7 de mm. Con: 1 filtro, 1 Vaina introductora Peel Away del filtro, 1 dispositivo de Torque/Locking, 1 introductor de filtro canasta, 1 dispositivo de Peel Away, 1 dispositivo Luer y 1 dispositivo tipo Blue rapid Exchange capture shcath p/extracción del filtro.-	Kit			Res.N° 079-043/06	4.365	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	33	9318	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EMBOLIZACIONES (FILTROS) DE 8 MM	8 mm de diámetro x 180 cm de largo para guía de 0,14". Misma marca y procedencia que el sistema de Stent Carotídeo 8 de mm. Con: 1 filtro, 1 Vaina introductora Peel Away del filtro, 1 dispositivo de Torque/Locking, 1 introductor de filtro canasta, 1 dispositivo de Peel Away, 1 dispositivo Luer y 1 dispositivo tipo Blue rapid Exchange capture shcath p/extracción del filtro.-	Kit			Res.N° 079-043/06	4.366	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	34	7816	SISTEMA DE STENT CAROTÍDEO PARA GUÍA 0,14" DE 7 MM.	De 7 mm de diámetro x 40 mm de longitud De Aleación de niquel y titanio con alta resistencia radial, 135 cm de long. Con diám. Externo 5 Fr. Presentación Kit.	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.367	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	35	7815	STENT DE 6 a 12 mm DE DIÁMETRO X 1 a 4 cm DE LONGITUD	DIÁMETRO X 1 a 4 cm DE LONGITUD	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.368	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	36	7817	STENT MONTADO PARA AORTA ABDOMINAL		Unidad			Res.060-010/05	4.369	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	37	7818	STENT MONTADO PARA AORTA TORÁCICA		Unidad			Res.079-043/06	4.370	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	38	7720	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 16 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.371	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	39	7721	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 18 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.372	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	40	7722	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 20 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.373	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	41	7723	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 22 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.374	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	42	7724	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 24 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.375	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	43	7725	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 26 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.060-010/05	4.376	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	44	7726	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 27 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.377	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	45	7728	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 30 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.378	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	46	7714	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 6 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.379	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	47	7716	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 8 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.380	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	48	7727	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 28 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.079-043/06	4.381	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	49	7693	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 10 mm x 30 cm. De largo Mínimo	10 mm x 30 cm. De largo Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.382	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	50	7694	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 12 mm x 30 cm. Mínimo	12 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.383	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	51	7695	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 14 mm x 30 cm. Mínimo	14 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.384	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	52	7696	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 16 mm x 30 cm. Mínimo	16 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.385	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	53	7697	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 18 mm x 30 cm.de largo Mínimo	18 mm x 30 cm.de largo Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.386	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	54	7698	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 20 mm x 30 cm. de largo Mínimo	20 mm x 30 cm. de largo Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.387	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	55	7699	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 22 mm x 30 cm. Mínimo	22 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.388	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	56	7700	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 24 mm x 30 cm. Mínimo	24 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.389	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	57	7701	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) 26 mm x 30 cm. Mínimo	26 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.390	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	58	7702	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) 28 mm x 30 cm. Mínimo	28 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.391	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	59	7687	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) 3 mm de diámetro x 10 a 40 cm. Mínimo de largo	3 mm de diámetro x 10 a 40 cm. Mínimo de largo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.392	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	60	7688	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 3,5 mm x 10 a 40 cm. Mínimo	3,5 mm x 10 a 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.393	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	61	7703	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 30 mm x 30 cm. Mínimo	30 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.394	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	62	7689	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) 4 mm x 30 cm. de largo Mínimo	4 mm x 30 cm. de largo Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.395	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	63	7690	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) 5 mm x 10 a 40 cm. Mínimo	5 mm x 10 a 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.396	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	64	7691	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 6 mm x 30 cm.de largo Mínimo	6 mm x 30 cm.de largo Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.397	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	65	7692	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 8 mm x 30 cm. De largo Mínimo	8 mm x 30 cm. De largo Mínimo	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.398	
Cir.Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	66	11518	Prótesis recta de Dacrón con cuatro ramas laterales para aorta toracoabdominal	Prótesis de recta de Dacrón precoagulada de 60 cm de longitud con calibre de 20 a 30 mm y con 4 ramas laterales presuturadas: 2 ramas de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud para las arterias mesentérica superior y tronco celiaco; 2 ramas de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud para las arterias renales. Las 4 ramas salen de la porción media de la prótesis.	Unidad	FDA Y/O CE Y/O ISO	Envase estéril individual	RCA: N° 007-045/2022 DE 8 DE FEBRERO DE 2022	4.399	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	1	10226	ARTERIÓTOMO	Para revascularización miocárdica. Material descartable, estéril, con punta de metal de 4 mm. Envase individual.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.400	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	2	10227	CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA ADULTOS.	Material descartable 7 a 8 Fr., estéril.	Unidad			Res.Nº 020-008/09	4.401	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	3	10228	CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA PEDIÁTRICA.	Material descartable 5 Fr., estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.402	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	4	10229	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 18	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.403	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	5	10230	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 20	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.404	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	6	10231	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 22	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.405	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	7	10232	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 24	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.406	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	8	6940	CEMENTO BIOLÓGICO QUIRÚRGICO HEMOSTÁTICO	Para disección aórtica transposición de grandes vasos y revascularización, artículo consumible, estéril. Una jeringa o vial. Kit completo.	Kit			Res. Nº 020-008/09	4.407	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	9	10233	ELECTRODO DE RESINCRONIZADOR PARA VENTRÍCULO IZQUIERDO.	Endocardio para implante en vena coronaria a través del seno coronario. Conector IS-I Uni o bipolar. Extremo distal cónico, platinizado con liberación de esteroides. Punta sellada con silicona. Cuerpo de electrodo 4 a 6 Fr.	Unidad			RCA N° 031-023/07	4.408	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	10	6834	Electrodos de Marcapaso Definitivo Epicardio.	Unicameral Uni o Bipolar, conector IS-1, Epicardio	Unidad			Res. Nº 020-008/09 -RCA: N° 058-011/17	4.409	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	11	10239	EQUIPO DE CIRUGÍA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	Estabilizador coronario con posicionador de corazón, extremo proximal rotable, aspirador con extremo de silicona maleable,descartable. (Garantía 1 año mínimo.)	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.410	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	12	6830	Generador de Marcapaso Definitivo Bicameral con sus Electrodos Auricular y Ventricular.	Bicameral Uni o Bipolar; conector IS-1 c/respuesta en frecuencia. Búsqueda de la conducción AV, auto captura auricular y ventricular sensado asegurado + Electrodo auricular Uni o Bipolar, conector IS-1 endocavitario, liberación de esteroides endocavitario, extremo en tirabuzón + Electrodo Ventricular Uni o Bipolar, conector IS-1, liberación de esteroides endocavitario, extremo tirabuzón o aleta. Presentación Kit	Unidad			RCA N° 031-023/07 -RCA: N° 058-011/17	4.411	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	13	6829	Generador de Marcapaso Definitivo Unicameral con su Electrodo Ventricular.	Unicameral Uni o Bipolar, conector IS-1 c/respuesta en frecuencia. Manejo de la captura ventricular, sensado asegurado, sugerencia de programación clínica + Electrodo Ventricular Uni o Bipolar, conector IS-1, liberación de esteroides endocavitario, extremo tirabuzón o aleta. Presentación Kit	Unidad			Res. Nº 020-008/09 -RCA: N° 058-011/17	4.412	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	14	10242	GENERADOR PARA RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA, PARA ESTIMULACIÓN TRICAMERAL.	Características: tricameral, conector tipo ISI bipolar. Estimulación Ventrículo izquierdo - VI; Ventrículo Derecho- VD independiente. Prueba de auto detección Auricular VD y VI. Salidas programables por separado hasta 7,5 V.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.413	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	15	10249	KIT DE IMPLANTACIÓN DE ELECTRODO DE VI	Compuesto por: Catéteres Guías, Válvulas de Hemostasia. Dilatador de Catéter Guía. Catéter Balón para Venografía	Kit				4.414	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	16	3630	MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO VVI		Unidad			RCA N° 043-014/06	4.415	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	17	6845	PARCHE DE TEFLÓN	Poliéster Felt/Teflón Medidas: 20 X 20 Cm. (+ - 5 cm)	Unidad			RCA N° 043-014/06	4.416	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	18	3648	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO	Embebido En Glutaraldehído. Medidas 10 X 6 Cm (+ - 5 cm)	Unidad				4.417	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	19	3649	TUBOS DE DACRÓN PARA ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA N 26, LONG: 30 CM		Unidad				4.418	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	20	3650	TUBOS DE DACRÓN PARA ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA N 28, LONG: 30 CM		Unidad				4.419	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	21	3651	TUBOS DE DACRÓN PARA ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA N 30, LONG: 30 CM		Unidad				4.420	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	22	6846	TUBOS DE PTF		Unidad				4.421	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	23	6835	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 21	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.422	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	24	6836	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 23	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.423	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	25	6161	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 25	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.424	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	26	6837	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 27	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.425	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	27	6838	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AORTICA. MONO-VALVA N° 21	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.426	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	28	6839	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. MONO-VALVA N° 23	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.427	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	29	6840	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. MONO-VALVA N° 25	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.428	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	30	6841	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. MONO-VALVA N° 27	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad			Res.N° 031-023/07	4.429	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	31	9943	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA BIVALVA N° 27 ROTABLE POST IMPLANTE	Metálica (carbón pirolítico)	Unidad			Res.N° 031-023/07	4.430	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	32	9942	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA MONOVALVA N° 27	Metálica (carbón pirolítico)	Unidad				4.431	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	33	6806	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.432	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	34	6817	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 25.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.433	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	35	5870	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N 17.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.434	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	36	6813	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 17.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.435	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	37	6803	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 19.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.436	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	38	6814	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 19.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.437	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	39	6804	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 21.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.438	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	40	6815	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 21.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.439	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	41	6805	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.440	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	42	6816	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 23.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.441	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	43	6818	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23 BIOLÓGICA	Pericardio Bovino O Porcino	Unidad				4.442	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	44	6807	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23. MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.443	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	45	6797	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.444	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	46	6819	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25. BIOLOGICA	Pericardio Bovino O Porcino	Unidad				4.445	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	47	6798	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.446	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	48	6808	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.447	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	49	6820	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27 BIOLÓGICA	Pericardio Bovino O Porcino	Unidad				4.448	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	50	6809	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27. MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.449	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	51	6799	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.450	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	52	6821	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29. BIOLÓGICA	Pericardio Bovino O Porcino	Unidad				4.451	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	53	6800	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.452	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	54	6810	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.453	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	55	6822	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 . BIOLÓGICA	Pericardio Bovino O Porcino	Unidad				4.454	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	56	6801	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.455	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	57	6811	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.456	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	58	6823	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33. BIOLÓGICA	Pericardio Bovino O Porcino	Unidad				4.457	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	59	6802	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.458	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	60	6812	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.MONO-VALVA	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.459	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	61	10243	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 23	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.460	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	62	10244	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 25	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.461	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	63	10245	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 27	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.462	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	64	10246	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 29	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.463	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	65	10247	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 31	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.464	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	66	10248	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 33	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.465	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	67	11316	VALVULA CARDIACA AORTICA BIOLOGICA N° 21 A 29	DIAMETRO EXTERNO DE LA VALVULA DE 21 A 29MM DE ORIGEN BOVINO O PORCINO CON TRATAMIENTO ANTICALCICO APIROGENO	UNIDAD		JUEGO CAJA SELLADA CONTENIENDO DISPOSITIVO MEDICO EN FRASCO O EN PAQUETE INDIVIDUAL CERRADO ESTERIL, CON INDICADORES DE TEMPERATURA FRIO/CALOR VISIBLE	RESOLUCION C.A.N°009-001/19	4.466	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	68	11317	VALVULA CARDIACA AORTICA BIOLOGICA N° 19 A 29	DIAMETRO EXTERNO DE LA VALVULA DE 19 A 29MM DE ORIGEN BOVINO O PORCINO CON TRATAMIENTO ANTICALCICO CON CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO VALVULA EN VALVULA -ANILLO EXPANSIBLE APIROGENO	UNIDAD		JUEGO CAJA SELLADA CONTENIENDO DISPOSITIVO MEDICO EN FRASCO O EN PAQUETE INDIVIDUAL CERRADO ESTERIL, CON INDICADORES DE TEMPERATURA FRIO/CALOR VISIBLE	RESOLUCION C.A.N°009-001/19	4.467	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	1	5306	4 PERNOS DE BLOQUEO 4.9 MM DE 30 A 100 MM EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.468	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	2	7933	4 PERNOS DE BLOQUEO TIPO PFN DE 4.9 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.469	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	3	5310	4 PERNOS DE BLOQUEO TIPO UFN 4.9 DE 38 A 100 MM EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.470	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	4	7974	ALAMBRE 0.5 EN ACERO QUIRÚRGICO LONGITUD 1 METRO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.471	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	5	10130	ALAMBRE GUÍA DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO DE 0,75 MM. DE DIÁMETRO	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior. Presentación KIT	UNIDAD			RCA N° 002-041/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.472	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	6	7927	ALAMBRES QUIRÚRGICOS 1.2 MM EN ACERO LONGITUD 1 METRO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.473	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	7	7928	ALAMBRES QUIRÚRGICOS 1.6 MM EN ACERO LONGITUD 1 METRO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.474	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	8	6132	ALAMBRES SUB-LAMINARES EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.475	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	9	7771	ANCLAS QUIRÚRGICAS DE 3.5 MM.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.476	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	10	7772	ANCLAS QUIRÚRGICAS DE 5 MM.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.477	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	11	3304	ARCO DE ERIC EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.478	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	12	3313	BARRA TIPO USS DURA 6.0 DE 200 A 500 MM EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.479	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	13	7632	BARRA DURA TIPO USS 6.0 DE 50 A 150 MM EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.480	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	14	7890	CLAVO NO FRESADO HUMERAL TIPO UHN DIÁMETRO 6.7 A 9.5 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.481	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	15	2774	CAMPOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.482	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	16	3309	CASQUILLO DE BLOQUEO DE 130º EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.483	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	17	7885	CASQUILLO DE BLOQUEO HE DE 100º/110º/120º EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.484	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	18	7886	CASQUILLO DE BLOQUEO HE DE 110º EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.485	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	19	7887	CASQUILLO DE BLOQUEO HE DE 120º EN TITANIO.		UNIDAD			RCA N° 002-041/08	4.486	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	20	7066	CEMENTO ÓSEO RADIÓPACO, ESTÉRIL, DE BAJA VISCOSIDAD CON GENTAMICINA	Para aplicación con jeringa. Kit completo	KIT			RCA N° 002-041/08	4.487	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	21	7067	CEMENTO ÓSEO RADIÓPACO, ESTÉRIL, DE BAJA VISCOSIDAD SIN ANTIBIÓTICO	Para aplicación con jeringa. Kit completo	KIT			RCA N° 002-041/08	4.488	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	22	2557	CERA P/ HUESO		Unidad			Res.060-010/05	4.489	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	23	7904	CLAVO DE ENDERS 4.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.490	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	24	7968	CLAVO DISTAL DE FÉMUR TIPO DFN EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.491	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	25	5547	CLAVO EN ENDERS 3.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.492	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	26	3332	CLAVO NO FRESADO TIPO UFN PARA FÉMUR CON 4 PERNOS DE BLOQUEO ESTÁNDAR EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.493	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	27	7883	CLAVO NO FRESADO TIPO UFN PARA FÉMUR EN TITANIO 9 A 12 MM.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.494	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	28	3314	CLAVO NO FRESADO TIPO UHN PARA HÚMERO EN TITANIO STANDARD.		UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.495	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	29	9871	CLAVO PARA FÉMUR PROXIMAL TIPO PFN DE ACERO Qx. 200 - 400 MM	Acero Qx.	Unidad			Res.060-010/05	4.496	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	30	7905	CLAVO DE STEIMAN 2.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.497	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	31	7906	CLAVO DE STEIMAN 3.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.498	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	32	7907	CLAVO DE STEIMAN 3.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.499	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	33	3333	CLAVO TIPO UTN PARA TIBIA CON 4 PERNOS DE BLOQUEO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.500	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	34	3323	CLAVO UNIVERSAL FRESADO PARA FÉMUR CON 4 PERNOS DE BLOQUEO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.501	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	35	4855	CLAVO UNIVERSAL FRESADO PARA TIBIA CON 4 PERNOS DE BLOQUEO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.502	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	36	5722	CLAVOS TIPO TEN EN TITANIO 3.5 MM X 440 MM.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.503	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	37	7929	CLAVOS TIPO TEN EN TITANIO 4.0 MM X 440 MM.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.504	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	38	7987	ENDO PRÓTESIS NO CONVENCIONAL PARA FÉMUR TOTAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.505	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	39	7994	ENDO PRÓTESIS PARCIAL NO CONVENCIONAL PARA HÚMERO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.506	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	40	7992	ENDO PRÓTESIS PARCIAL NO CONVENCIONAL PARA TIBIA + COMPONENTE FEMORAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.507	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	41	7993	ENDO PRÓTESIS PARCIAL NO CONVENCIONAL PARA TIBIA TOTAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.508	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	42	7990	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL CON RESECCIÓN 1/3 DISTAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.509	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	43	7989	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL CON RESECCIÓN 1/3 PROXIMAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.510	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	44	7988	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.511	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	45	7991	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL DE MOVIMIENTO FISIOLÓGICO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.512	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	46	7995	ENDO PRÓTESIS TOTAL NO CONVENCIONAL PARA HÚMERO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.513	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	47	7778	ESPACIADORES QUIRÚRGICOS PARA CADERA.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.514	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	48	7779	ESPACIADORES QUIRÚRGICOS PARA RODILLA.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.515	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	49	7760	FÉRULA DE CODIVILA EN POLIPROPILENO VELCRO.		UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.516	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	50	9876	FÉRULA DIGITAL PARA MANO, GRANDE	Chapa galvanizada con goma espuma. Medida 2 cm x 32 cm.	Unidad			Res. N° 022-029/07	4.517	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	51	9875	FÉRULA DIGITAL PARA MANO, MEDIANA	Chapa galvanizada con goma espuma. Medida 2 cm x 25 cm.	Unidad			Res. N° 022-029/07	4.518	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	52	9874	FÉRULA DIGITAL PARA MANO, PEQUEÑA	Chapa galvanizada con goma espuma. Medida 2 cm x 15 cm.	Unidad			Res.060-010/05	4.519	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	53	6925	FIJADOR EXTERNO TIPO AO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.520	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	54	7899	FIJADOR INTERNO TIPO VENTROFIX		UNIDAD			RCA N° 002-041/08	4.521	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	55	10129	GRAPA EN CROMO - COBALTO - MOLIBDENO DENTADA	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior.	KIT			Res.060-010/05	4.522	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	56	7925	GRAPAS DE BLOUNT EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.523	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	57	3354	GRAPAS DE COVENTRY EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.524	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	58	7888	HOJA ESPIRAL DE 80 A 120 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.525	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	59	7964	IMPLANTE PEDICULAR TIPO USS CON TORNILLOS TRANSPEDICULAR SCHANZ DIÁMETRO 5.0 X 180 MM EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.526	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	60	7965	IMPLANTE PEDICULAR TIPO USS CON TORNILLOS TRANSPEDICULAR SCHANZ DIÁMETRO 6.0 X 180 MM EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res. 060-010/05	4.527	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	61	7896	IMPLANTE PEDICULAR TIPO USS (SISTEMA UNIVERSAL P/ COLUMNA VERTEBRAL)		UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.528	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	62	9769	MALLA TUBULAR 12 A 15 CM.	Algodón 100% de media compresión	ROLLO			Res. N° 022-029/07	4.529	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	63	9768	MALLA TUBULAR 7,5 A 8 CM.	Algodón 100% de media compresión	ROLLO			Res.060-010/05	4.530	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	64	6924	MINIFIJADOR TIPO AO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.531	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	65	7774	ORTESIS CORTA TOVILLO PIE EN POLIPROPILENO VELCRO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.532	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	66	7773	ORTESIS LARGA TIPO RODILLA-TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO VELCRO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.533	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	67	7777	ORTESIS TIPO SARMIENTO PARA HÚMERO EN POLIPROPILENO VELCRO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.534	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	68	7776	ORTESIS TIPO SARMIENTO PARA TIBIA EN POLIPROPILENO VELCRO.		UNIDAD			Res. N° 030-008/08	4.535	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	69	10141	PERNOS DE BLOQUEO DE 4,9 mm	Para Osteosíntesis	UNIDAD			Res.060-010/05	4.536	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	70	7903	PERNOS DE BLOQUEO TIPO UHN 3.4 MM DE 16 A 60 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.537	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	71	5438	PERNOS DE BLOQUEO TIPO UHN 3.9 MM DE 16 A 60 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.538	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	72	3390	PLACA AUTO-ESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL SISTEMA 4.2 A 4.35 DE 24 A 63 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.539	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	73	7996	PLACA AUTO-ESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL SISTEMA 4.2 A 4.35 EN TITANIO.		UNIDAD			Res. 060-010/05	4.540	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	74	7900	PLACA AUTO-ESTABLE P/COLUMNA CERVICAL DE TITANIO (PLACA EN H) DE 40 MM A 55 MM.	De Titanio.	UNIDAD			Res.060-010/05	4.541	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	75	7962	PLACA CONDILEA SISTEMA 4.5 MM DE 95º DE 10 A 12 ORIFICIOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.542	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	76	7961	PLACA CONDILEA SISTEMA 4.5 MM DE 95º DE 5 A 9 ORIFICIOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.543	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	77	7813	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA SISTEMA 2.4 MM PARA MANDIBULA CON TORNILLOS EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.544	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	78	7916	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.545	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	79	7917	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.546	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	80	7918	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.547	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	81	7912	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.548	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	82	7913	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.549	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	83	7914	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.550	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	84	7915	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.551	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	85	7924	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.552	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	86	7919	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.553	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	87	7920	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.554	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	88	7921	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.555	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	89	7922	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.556	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	90	7923	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.557	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	91	7812	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN SISTEMA 2.4 MM PARA MANDIBULA CON TORNILLOS EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.558	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	92	7805	PLACA DE TENSION SISTEMA 2.4 MM CON 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.559	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	61	10243	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 23	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.560	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	93	7967	PLACA EN H PARA COLUMNA CERVICAL DE 2.7 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.561	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	62	10244	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 25	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.562	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	94	7814	PLACA EN L SISTEMA 2.4 MM CON TORNILLOS DE TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.563	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	63	10245	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 27	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.564	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	95	7785	PLACA EN L SISTEMA 3.5 MM DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.565	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	64	10246	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 29	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.566	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	96	7838	PLACA EN L SISTEMA 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.567	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	65	10247	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 31	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.568	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	97	7837	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.569	
Cardiocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	66	10248	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 33	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.570	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	98	5712	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.571	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	99	5135	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.572	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	100	3397	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.573	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	101	5136	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.574	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	102	7834	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.575	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	103	7835	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.576	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	104	7836	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.577	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	105	7832	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.578	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	106	5132	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.579	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	107	5546	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.580	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	108	5133	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.581	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	109	7833	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.582	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	110	7946	PLACA EN T TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 MM X 4/5/6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.583	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	111	7945	PLACA EN T Y TORNILLOS TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.584	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	112	7943	PLACA L TIPO LCP DE SOSTÉN SISTEMA 4.5/5.0 MM X 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.585	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	113	7959	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.586	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	114	7955	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.587	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	115	7956	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.588	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	116	7957	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.589	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	117	7958	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.590	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	118	7953	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANGOSTA DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.591	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	119	7949	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANGOSTA DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.592	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	120	7950	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANGOSTA DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.593	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	121	7951	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANGOSTA DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.594	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	122	7952	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANGOSTA DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.595	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	123	7969	PLACA PARA CALCÁNEO SISTEMA 3.5 MM DE LONGITUD DE 60 A 70 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.596	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	124	7971	PLACA PARA RADIO DISTAL DORSAL SISTEMA 2.4 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.597	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	125	7973	PLACA PARA RADIO DISTAL DORSAL SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.598	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	126	7970	PLACA PARA RADIO DISTAL VOLAR SISTEMA 2.4 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.599	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	127	7972	PLACA PARA RADIO DISTAL VOLAR SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.600	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	128	7947	PLACA PARA TIBIA DISTAL TIPO LCP SISTEMA 3.5/ 5.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.601	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	129	7809	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 MM CON 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.602	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	130	7810	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.603	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	131	7811	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.604	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	132	7826	PLACA SISTEMA 1.5 MM CURVA DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.605	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	133	7827	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN L DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.606	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	134	7828	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN L DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.607	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	135	7829	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN Y DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.608	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	136	7830	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN Y DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.609	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	137	7825	PLACA SISTEMA 1.5 MM RECTA DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.610	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	138	7822	PLACA SISTEMA 2 MM EN L DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.611	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	139	7823	PLACA SISTEMA 2 MM EN T CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.612	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	140	7824	PLACA SISTEMA 2.0 MM ORBITAL DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.613	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	141	7819	PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.614	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	142	7820	PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.615	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	143	7821	PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.616	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	144	7798	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.617	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	145	5192	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.618	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	146	5193	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.619	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	147	5194	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.620	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	148	5195	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.621	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	149	5196	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.622	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	150	7797	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.623	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	151	6049	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.624	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	152	7799	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.625	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	153	7800	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.626	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	154	3409	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.627	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	155	7801	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.628	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	156	7802	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.629	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	157	7803	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.630	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	158	7782	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.631	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	159	7783	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.632	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	160	7784	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.633	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	161	5688	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.634	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	162	7786	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.635	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	163	5126	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANCHA 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.636	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	164	5127	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANCHA 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.637	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	165	7780	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANCHA 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.638	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	166	7781	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANCHA 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.639	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	167	5124	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANCHA 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.640	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	168	5125	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANCHA 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.641	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	169	5120	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.642	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	170	5121	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.643	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	171	5122	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.644	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	172	5116	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.645	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	173	5117	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.646	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	174	5118	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.647	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	175	5119	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.648	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	176	7854	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.649	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	177	5833	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.650	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	178	7855	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 14, ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.651	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	179	7856	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 16 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.652	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	180	7845	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.653	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	181	7853	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.654	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	182	7850	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.655	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	183	7851	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.656	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	184	7852	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.657	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	185	7844	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.658	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	186	5442	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.659	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	187	7846	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.660	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	188	7847	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.661	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	189	7848	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.662	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	190	7849	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res. N° 030-008/08	4.663	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	191	10143	PLACA TIPO L.C.P. PARA FEMUR DISTAL DE 4,5 - 5 mm. CON 7 a 13 AGUJEROS CON SUS TORNILLOS		JUEGO			Res.060-010/05	4.664	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	192	7940	PLACA TIPO LCP SISTEMA 3.5 MM 6 A 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRURGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.665	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	193	7936	PLACA TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 ANCHA DE 10 A 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.666	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	194	7935	PLACA TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 ESTRECHA DE 8 A 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res. N° 030-008/08	4.667	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	195	10142	PLACA TIPO PHILOS DE 3,5 mm CON 3 a 8 AGUJEROS, CON SUS TORNILLOS		JUEGO			RCA N° 002-041/08	4.668	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	196	10123	PLACA TIPO PUDU EN TITANIO SISTEMA 4,5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 2 ORIFICIOS		KIT			RCA N° 002-041/08	4.669	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	197	10124	PLACA TIPO PUDU EN TITANIO SISTEMA 4,5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 4 ORIFICIOS		KIT			Res.060-010/05	4.670	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	198	3401	PLACA UNIVERSAL ANGULADA SISTEMA 2.4 MM CON 3 + 3 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.671	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	199	7808	PLACA UNIVERSAL ANGULADA SISTEMA 2.4 MM CON 4 + 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.672	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	200	7807	PLACA UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.673	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	201	7806	PLACA UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.674	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	202	3402	PLACA UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.675	
	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	203	11038	Corsé - Toraco Lumbo Sacro Ortesis (TLSO)	En polipropileno para Inmovilización de columna (hecho a medida).	Unidad			RCA: N° 048-047/14	4.676	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	204	10137	PRÓTESIS DE SUPERFICIE NO CEMENTADA P/CABEZA FEMORAL EN COBALTO CROMO Y TORNILLOS DE TITANIO	Diámetro de 25 - 40 mm	JUEGO			Res. N° 030-008/08	4.677	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	205	10140	PRÓTESIS DE SUPERFICIE NO CEMENTADA P/CABEZA HUMERAL EN PIROCARBONO.	Diámetro de 38 al 56 mm	UNIDAD			Res. N° 030-008/08 RCA: N° 106-019/12	4.678	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	206	10138	PRÓTESIS DE SUPERFICIE NO CEMENTADA P/CONDILO DE FÉMUR EN COBALTO CROMO Y TORNILLOS DE TITANIO	Diámetro de 15 - 20 mm	JUEGO			Res. N° 030-008/08	4.679	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	207	10139	PRÓTESIS TOTAL PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES EN PIROCARBONO Y GRAFITO.	Diámetro 10 al 50 mm.Kit	JUEGO			Res.060-010/05RCA: N° 106-019/12	4.680	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	208	7976	PRÓTESIS DE THOMPSON CUELLO LARGO EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.681	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	209	3422	PRÓTESIS DE THOMPSON CUELLO ESTÁNDAR EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.682	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	210	7758	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DE CHOPART.		JUEGO			Res.060-010/05	4.683	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	211	7761	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DE HÚMERO MANO COSMÉTICA.		JUEGO			Res.060-010/05	4.684	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	212	7762	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DE HÚMERO MANO MECÁNICA.		JUEGO			Res.060-010/05	4.685	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	213	7756	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DE SYME.		JUEGO			Res.060-010/05	4.686	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	214	7764	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN PARA ANTEBRAZO CONVENCIONAL MANO COSMÉTICA.		JUEGO			Res.060-010/05	4.687	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	215	7765	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN PARA ANTEBRAZO CONVENCIONAL MANO MECÁNICA.		JUEGO			Res.060-010/05	4.688	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	216	7759	PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA		JUEGO			Res.060-010/05	4.689	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	217	7741	PRÓTESIS PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO CONVENCIONAL CON MANO MECÁNICA.		JUEGO			Res.060-010/05	4.690	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	218	7752	PRÓTESIS PARA DESARTICULACIÓN DE RODILLA PIE SACH.		JUEGO			Res.060-010/05	4.691	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	219	7746	PRÓTESIS TIPO CANADIENSE RODILLA TIPO JUPPA.		JUEGO			Res.060-010/05	4.692	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	220	7767	PRÓTESIS TOTAL CADERA CHANLEY PARA REVISIÓN EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.693	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	221	7984	PRÓTESIS TOTAL CADERA HÍBRIDA CON TALLO MODULAR EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.694	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	222	7769	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA MODULAR.	LAS CABEZAS DE DIAMETROS 28 MM, 32 MM Y 36 MM. KIT	JUEGO			Res.060-010/05 RCA: N° 106-019/12	4.695	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	223	7768	PRÓTESIS TOTAL CADERA MULLER PARA REVISIÓN EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.696	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	224	7983	PRÓTESIS TOTAL CADERA NO CEMENTADA EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.697	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	225	7981	PRÓTESIS TOTAL CADERA TIPO CHANLEY STANDARD EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.698	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	226	7982	PRÓTESIS TOTAL CADERA TIPO CHANLEY TALLO REFORZADO CON PARED POSTERIOR EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.699	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	227	7979	PRÓTESIS TOTAL CADERA CEMENTADA.	CABEZA DE CROMO COBALTO EN OPCIONES 28 MM, 32 MM Y 36 MM. KIT	JUEGO			Res.060-010/05 RCA: N° 106-019/12	4.700	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	228	7978	PRÓTESIS TOTAL CADERA TIPO MULLER STANDARD EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.701	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	229	7986	PRÓTESIS TOTAL HOMBRO NEER II EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.702	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	230	7770	PRÓTESIS TOTAL RODILLA TIPO INSALL BURNSTEIN DE REVISIÓN EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.703	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	231	7985	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA TIPO INSALL BURSTEIN TERCERA GENERACIÓN EN ACERO QUIRÚRGICO-MODULAR.		JUEGO			Res.060-010/05 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 090-035/13	4.704	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	232	7966	RECTÁNGULO DE HARTSCHILL EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-010/05	4.705	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	233	2349	RECTÁNGULO DE HARTSCHILL	P/ columna toraco lumbosacra.	UNIDAD			Res.060-010/05	4.706	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	234	7857	RÓTULA ABIERTA EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.707	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	235	5389	RÓTULA ABIERTA OVALADA 2.5 MM A 5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.708	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	236	5366	RÓTULA AJUSTABLE ABIERTA EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.709	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	237	7858	RÓTULA AJUSTABLE TUTOR AO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.710	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	238	5390	RÓTULA CERRADA OVALADA TIPO AO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.711	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	239	7634	RÓTULA DOBLE VENTROFIX IZQUIERDO/DERECHO EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.712	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	240	5644	RÓTULA SENCILLA VENTROFIX EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.713	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	241	7630	RÓTULA SISTEMA TIPO USS EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.714	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	242	7859	RÓTULA TRANSVERSAL MÚLTIPLE EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.715	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	243	5359	RÓTULA TUBO-TUTOR AO EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.716	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	244	6868	TENDÓN O CORDÓN DE SILICONA.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.717	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	245	5360	TENSOR DE COMPRESIÓN EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.718	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	246	5976	TORNILLO CANULADO 7.0 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.719	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	247	7636	TORNILLO CON CABEZA DE EXPANSIÓN SISTEMA 4.2 A 4.35 MM DE 4 .0 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.720	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	248	7635	TORNILLO CÓNICO DE BLOQUEO SISTEMA 4.2 A 4.35 MM DE 1.8 MM EN TITANIO.	De Titanio.	UNIDAD			Res.060-010/05	4.721	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	249	7804	TORNILLO CORTICAL SISTEMA 2.4 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.722	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	250	7831	TORNILLOS CORTICALES SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.723	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	251	5144	TORNILLO CORTICAL SISTEMA 3.5 X 10 A 70 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.724	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	252	7938	TORNILLO CORTICAL SISTEMA 4.5 MM X 16 A 72 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.725	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	253	5643	TORNILLO DE BLOQUEO 7.5 DE 25 A 55 MM EN ACERO O TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.726	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	254	7941	TORNILLO DE BLOQUEO LCP AUTORROSCANTE SISTEMA 3.5 MM X 12 A 24 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.727	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	255	3439	TORNILLO C/ CABEZA DE EXPANSIÓN AUTOROSCANTE P/ COLUMNA CERVICAL DE 4 MM.	De Titanio.	UNIDAD			Res. 060-010/05	4.728	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	256	9734	TORNILLO PEDICULAR USS DE 5,0 MM.	Material de acero inoxidable ó titanio.	UNIDAD			R.C.A. Nº 079-044/06	4.729	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	257	9735	TORNILLO PEDICULAR USS DE 6,0 MM.	Material de acero inoxidable ó titanio.	UNIDAD			R.C.A. Nº 079-044/06	4.730	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	258	9741	TORNILLO USS P/ GANCHO PEDICULAR.	Material de acero inoxidable ó titanio.	UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.731	
Prótesis p/Traumat	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	259	9877	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO PFN		Unidad			Res.060-010/05	4.732	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	260	7889	TORNILLO DE CIERRE PARA H.E DE 0 A 20 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.733	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	261	7932	TORNILLO DE CIERRE PARA PFN EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.734	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	262	3317	TORNILLO DE CIERRE TIPO UFN DE 0 A 20 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.735	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	263	3316	TORNILLO DE CIERRE TIPO UHN EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.736	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	264	7931	TORNILLO DE CUELLO FEMORAL 11 DE 80 A 110 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			RCA N° 002-041/08	4.737	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	265	10128	TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO PARA ISOTIBIALES	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior.	KIT			Res.060-010/05	4.738	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	266	3442	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.739	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	267	7860	TORNILLO DE SCHANZ DE 5.0 MM DE 100 A 200 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.740	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	268	7884	TORNILLO DE VÁSTAGO DE 5.0 DE 70 A 125 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.741	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	269	6140	TORNILLO DESLIZANTE 6.5 DE 60 A 110 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.742	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	270	3446	TORNILLO ESPONJOSA DE 6.5 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.743	
Prótesis p/Traumat	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	271	9878	TORNILLO PARA CUELLO FEMURAL DE 110 MM		Unidad			Res. N° 022-029/07	4.744	
Prótesis p/Traumat	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	272	9879	TORNILLO PARA CUELLO FEMURAL DE 6,5 MM		Unidad			RCA N° 002-041/08	4.745	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	273	10127	TORNILLO TRANSVERSAL PROXIMAL DE FÉMUR EN TITANIO	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior.	KIT			Res.060-010/05	4.746	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	274	7910	TORNILLO CANULADO 3.5 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.747	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	275	7911	TORNILLO CANULADO 4.0 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.748	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	276	10125	TORNILLOS DE HEBERT EN TITANIO DE 2 MM DE DIÁMETRO		UNIDAD			RCA N° 002-041/08	4.749	
Prótesis traumatológica	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	277	10126	TORNILLOS DE HEBERT EN TITANIO DE 4 MM DE DIÁMETRO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.750	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	278	5154	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.0 MM ROSCA 16 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.751	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	279	5155	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.0 MM ROSCA 32 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.752	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	280	5156	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.5 MM ROSCA 16 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.753	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	281	5157	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.5 MM ROSCA 32 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.754	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	282	5045	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 6.5 MM ROSCA 16 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.755	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	283	5714	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 6.5 MM ROSCA 32 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.756	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	284	5113	TORNILLO MALEOLAR SISTEMA 4.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.757	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	285	7861	TUBO ACERO TUTOR AO DE 150 A 400 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.758	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	286	7864	TUTOR EXTERNO DE ELONGACIÓN ÓSEA TIPO WAGNER EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.759	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	287	7863	VARILLA CONEXIÓN DE 80 A 200 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD				4.760	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	288	10742	Prótesis no cementada para cupula de radio	Vastago no cementado telescopado en cromo cobalto cabeza de polietileno	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.761	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	289	10743	Prótesis total de tobillo no cementada	En cromo - cobalto molibdeno- titaneo	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.762	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	290	10744	Prótesis total de rodilla modular	Con cuñas intercambiables y vastagos intercambiables con posibilidad de constreñida de revisión de cromo cobalto	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.763	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	291	10745	Rejilla acetabular de titanio	Con tres aletas maleables para refuerzo de pared acetabular con sus respectivos tornillos	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.764	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	292	10746	Prótesis total de cadera	Con revisión cementada de cromo cobalto anatómica con apoyo en el calcar de longitudes 175 mm, las cabezas de diámetros 28 mm 32 mm con aleación de cromo cobalto con cotilo de titanio poroso para mejor osteointegración con sus respectivos tornillos acetabulares	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.765	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	293	10747	Prótesis total de cadera	Con revisión cementada de cromo cobalto anatómica con apoyo en el calcar de longitudes 225 mm, las cabezas de diámetros 36 mm con aleación de cromo cobalto con cotilo de titanio poroso para mejor osteointegración con sus respectivos tornillos acetabulares	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.766	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	294	10748	Prótesis total de cadera NO cementada de revisión	Prótesis Total de cadera. NO cementada de Revisión, Modular; Acetábulo, 48 a 64 mm diámetro (+- 4 mm), con recubrimiento en titanio poroso con tornillos de fijación respectivos. Polietileno de Alta Densidad; cabeza diámetro 28 a 36 mm. Vástago 250 a 330 mm longitud (+ - 30 mm). Con bloqueo distal, con sus respectivos tornillos.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 016-021/17 RCA: N° 024-001/17- RCA N°: 027-001/17	4.767	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	295	10749	Prótesis total de cadera	Con revisión no cementada de cromo cobalto anatómica con apoyo en el calcar de longitudes 260 mm, las cabezas de diámetros 36 mm en aleación de cromo cobalto con cotilo de titanio poroso para mejor osteointegración con sus respectivos tornillos acetabulares	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.768	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	296	10750	Implante de colageno	En medida de 22 x 4 mm	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.769	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	297	10751	Implante de colageno	En medida de 34 x 6 mm	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.770	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	298	10752	Sistema de anclaje	100% Poliéster N° 5. Diametro 1,4 mm	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.771	
Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	299	10753	Sistema de anclaje	100% Poliéster N° 5. Diametro 2,9 mm	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.772	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	1	7898	ALAMBRES SUB LAMINARES PARA RECTÁNGULO DE HARTSHILL	De acero inoxidable	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06	4.773	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	2	9736	BARRA TIPO USS 3,5 x 80 mm P/EST. TRANS.	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06.Res. Nº 070-016/11	4.774	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	3	9738	BARRA DURA TIPO USS 6,0 MM DE 50 a 500 MM	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			Res.060-010/05. Res. Nº 070-016/11	4.775	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	4	7894	CEMENTO ACRÍLICO PARA CRANEOPLASTÍA	(Polimetacrilato de metilo, metacrilato de metilo). Cemento óseo de craneoplastía.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.776	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	5	10254	CEMENTO BIOLÓGICO DE FIBRINÓGENO Y TROMBINA.	En solución para mezcla de 1 ó 3 ml para uso neuroquirúrgico.	Kit			Res.020-008/09	4.777	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	6	7867	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.778	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	7	7868	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 5.5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.779	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	8	7869	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 6 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.780	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	9	7870	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 9 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06	4.781	
Neurocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	10	7865	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE BAYONETA DE TITANIO, DE 10 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 5,0 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.782	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	11	7866	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE FENESTRADO DE 5,0 MM DE TITANIO, DE 10 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,2 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.783	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	12	7878	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO, DE 15 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7,7 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.784	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	13	7880	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO, DE 18 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,5 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.785	
Neurocirugia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	14	7871	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO, DE 12 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7,8 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.786	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	15	7872	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO, DE 15 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 8,8 mm.	UNIDAD			Res.060-010/05. Res. Nº 070-016/11	4.787	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	16	7879	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL RECTO DE 5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.788	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	17	7881	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL RECTO DE 6 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.789	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	18	7882	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL RECTO DE 9 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.790	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	19	7874	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL SEMICURVO DE 5.5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.791	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	20	7875	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL SEMICURVO DE 6 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.792	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	21	7876	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL SEMICURVO DE COBALTO DE 9 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06	4.793	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	22	7877	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL TEMPORARIO RECTO DE TITANIO, DE 12 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.794	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	23	7873	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL TEMPORARIO SEMI CURVO DE TITANIO, DE 10 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06	4.795	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	24	9737	CONECTOR TRANSVERSAL TIPO USS p/BARRAS DE 6,0 MM	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.796	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	25	10234	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA OXIDADA.	Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 2,5 cm X 2,5 cm (+ -1), estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.797	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	26	10235	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO ABSORVIBLE O CELULOSA OXIDADA.	Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 2,5 cm X 5 a 7 cm (+ -1), estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.798	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	27	10236	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA.	Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 10(+-2) cm X 20(+-2) cm , estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.799	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	28	10237	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA.	Hemostática absorvible de celulosa oxidada regenerada de múltiples fibras y con protección bactericida, de 5 (+-1)cm X 2,5 (+-1)cm, estéril, descartable.	Unidad			RCA N° 031-023/07.Res. Nº 070-016/11	4.800	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	29	10238	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA	Con hilos, radiópaca, de algodón, compatible con el tejido nervioso y detectable por Rayos , TAMAÑO: 1 X 3 pulgadas aprox. Y paquetes o sobres de 10 a 20 unidades.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.801	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	30	9739	GANCHO LAMINAR TIPO USS	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06.Res. Nº 070-016/11	4.802	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	31	9740	GANCHO PEDICULAR TIPO USS	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06.Res. Nº 070-016/11	4.803	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	32	9742	KIT DE CEMENTO ÓSEO PARA VERTEBROPLASTÍA, RADIÓPACO	Material de acero Inoxidable ó Titanio. El kit debe incluir aguja de punción para médulaósea, cemento polimetil metacrilato radiópaco para relleno de la vertebra y sistema inyector. Presentación : kit.	UNIDAD			Res.060-010/05. Res. Nº 070-016/11	4.804	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	33	7624	KIT DE DRENAJE NEUROQUIRURGICO DE DERIVACIÓN VENTRICULAR EXTERNA	Compuesto de: catéter ventricular de (30 cm o más) recto con marcas radiopacas. Válvula antirreflujo en sistema cerrado. Llave de tres vías apta para medición. Bolsa colectora de 400 ml o más.Presentación: kit.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.805	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	34	10250	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Pediátrica, de 5 mm de diámetro, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.806	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	35	10251	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Pediátrica, de 8 mm de diámetro, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.807	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	36	10252	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Adultos, de 11(+-2) mm de diámetro, estéril. Para usar con el craneotomo.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.808	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	37	10253	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Adultos, de 14 mm de diámetro, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.809	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	38	7893	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA	Válvula de presión baja, media y alta, catéter ventricular de 10(+-3) cm. Catéter pericraneal de 90 (+-10) cm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.810	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	39	3670	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL (DVP) INFANTIL	De presión media	UNIDAD			Res.060-010/05	4.811	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	40	10754	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,3-1,7 mm de Titanio, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Valleylab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.812	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	41	10755	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,8-2,2 mm de Titanio, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Valleylab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.813	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	42	10756	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,3-1,7 mm Acero inoxidable al carbono, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Valleylab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.814	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	43	10757	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,8-2,2 mm de Acero inoxidable al carbono, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Valleylab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.815	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	44	10758	SISTEMAS DE PLACAS-MALLAS Y TORNILLOS PARA CIRUGÍA CRANEO FACIAL	Placa y malla, tornill de bajo perfil 0,5 mm o menor con tornillos autoperforantes de titanio. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.816	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	45	10759	IMPLANTE DE TITANIO PARA FIJACIÓN OCCIPITOCERVICAL	Tornillos de masa lateral-Ganchos y barras de titanio para fijación occipitocervical y cervical. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.817	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	46	10760	FORRO ESTÉRIL PARA MICROSCOPIO	Forro estéril de polietileno para microscopio quirúrgico, compatible con Microscopio Zeiss NC4	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.818	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	47	10761	CEMENTO OSEO DE FOSFATO CÁLCICO	Trifosfato cálcico + Solvente. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.819	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	48	10762	FIJADOR DE FLAP OSEO PARA CRANEOTOMÍAS	Implante de titanio en forma de discos dobles de 10 a 25 mm de diámetro	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.820	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	49	10763	SUSTITUTO DE DURAMADRE	Membrana microporosa de poliéster uretano purificado	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.821	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	50	10764	PLACA MÁS CAJA DE FIJACIÓN ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL	Placa de titanio con 4 tornillos autobloqueantes más caja sw PEEK. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.822	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	51	11490	Electrodo helicoidal	Electrodo HELICOIDAL de 1,2 m (CORKSCREW), cable de teflon, de facil penetracion, y baja impedancia	Unidades		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.823	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	52	11491	Electrodo aguja trenzada 2,5 m doble	Electrodos de agujas trenzadas de 13mm x 27G, 2,5 m de acero inoxidable	Unidades		Par. Sobres de 2 agujas	RCA: N° 068-041/19	4.824	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	53	11492	Electrodo de superficie doble	Electrodo de superficie doble,de hidrogel sobre placa adhesiva de cloruro de plata de 15X20mm 2,5m	Unidades		Par. Sobres de 2 pares	RCA: N° 068-041/19	4.825	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	54	11493	Electrodo aguja simple	Electrodo de aguja simple de 13mm x 27G, 2,5 m de acero inoxidable	Unidades		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.826	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	55	11494	Electrodo de superficie	Electrodo de superficie (tierra- GROUND) simple, de hidrogel sobre placa adhesiva de cloruro de plata 3,5x5,0 cm, 2m	Unidades		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.827	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	56	11495	Estimulador monopolar de prueba directa	Estimulador monopolar de prueba directa de acero inoxidable, con punta redonda (ball tip) de 175 mm y mango anatomico	Unidades		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.828	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	57	11496	Estimulador Lesna	Estimulador de prueba para pedículo lumbar recto,de acero inoxidable y mango anatomico	Unidades		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.829	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	58	11497	Insertador de Sensor Auditivo	Insertador de Sensor auditivo de inserción como fuente de estímulo tipo click o tono para generación del potenciales evocados auditivos.	Unidades		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.830	
Neurocirugía	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	59	11498	Reemplazo de punta para sensor Auditivo	Olivas de Reemplazo para introducir en conducto auditivo externo, de punta para sensor Auditivo de 1,4 cm	Unidades		Paquetes de 50 unidades	RCA: N° 068-041/19	4.831	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	1	9507	ADAPTADOR CON VÍA LATERAL TUOHY BORST	Para catéter de 4 a 9 french y 0.07 a 0.118" de diámetro.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.832	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	2	9588	AGUJAS ARTERIALES DE 18 G PARA ACCESO VASCULAR	Aguja en punta y sin estileto.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.833	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	3	9488	BALÓN DE ANGIOPLASTÍA CEREBRAL.	Balón para angioplastia cerebral de 3,5 a 8 mm de diámetro x 10 a 60 mm de longitud. Para ser usado con introductor de 5 a 8 french de 100 a 180 cm de largo.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.834	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	4	9486	BALÓN DE ANGIOPLASTÍA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALÓN DE 15 atm DE PRESIÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO X 2 CM DE LARGO.	Balón con bandas doradas radiópacas. Para ser usado con introductor de 5 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.835	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	5	9487	BALÓN DE ANGIOPLASTÍA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALÓN DE 15 atm DE PRESIÓN DE 6 MM DE DIÁMETRO X 2 CM DE LARGO.	Balón con bandas doradas radiópacas. Para ser usado con introductor de 5 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.836	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	6	9581	BALONES DE OCLUSIÓN PARA ANEURISMAS Y MALFORMACIONES VASCULARES CEREBRALES	Balón de 3,5 mm a 6 mm de diámetro y 6 a 22 mm de longitud y Catéter de 135 a 160 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.837	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	7	9582	BALONES DE OCLUSIÓN PARA ANEURISMAS MALFORMACIONES	Catéter de 150 cm, balón de 7 mm x 7 mm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.838	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	8	9490	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.839	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	9	9491-1	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" A 0,040" estéril	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.840	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	10	9491-2	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0,030" a 0,040" estéri.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.841	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	11	9492-1	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040 estéril.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.842	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia - Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	12	9492-2	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2 O BENTSON	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0,030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16 **RGS N° D016-2023**	4.843	
Neurorradiologia - Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	13	9493-1	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res.Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16 **RGS N° D016-2023**	4.844	
Neurorradiologia - Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	14	9493-2	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16 **RGS N° D016-2023**	4.845	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	15	9497	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.846	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	16	9868	CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 6 FR	de 90 a 120 cm de largo, estéril	UNIDAD			Res. N° 022-029/07. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.847	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	17	9869	CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 7 FR	de 90 a 110 cm de largo, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.848	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	18	9510	CATÉTER RECUPERADOR DE FILTRO DE 6.3 FR Y 80 CM DE LARGO. VAINA DE RECUPERACIÓN DE 11 FR Y 60 CM.	Equipo contiene: sistema coaxial con vaina de recuperación, un dilatador, guía, aguja, una llave de paso de tres vías.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.849	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	19	9495	CATÉTER VERTEBRAL DE 4 FR x 100 a 125 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO VERTEBRAL	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.850	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	20	9494	CATÉTER VERTEBRAL DE 5 FR x 100 a 125 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO VERTEBRAL	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.851	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	21	9496	CATÉTER VISCERAL DE 5 FR de 65 CM a 100 CM DE LARGO CON PUNTA C1 o C2	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030" a 0,040" estéril.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.852	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	22	9561	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 1 a 2,5 mm de diámetro x 1 a 10 cm, de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.853	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	23	9562	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 2 mm de diámetro x 1 a 10 cm, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.854	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	24	9563	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 3 mm de diámetro x 2 a 12 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.855	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	25	9564	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 3 mm x 6 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.856	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	26	9558	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 3 mm x 8 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.857	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	27	9559	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 4 mm de diámetro x 4 a 14 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.858	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	28	9560	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 4 mm x 12 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.859	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	29	9518	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 5 mm de diámetro x 6 a 22 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.860	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	30	9519	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 5 mm x 15 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.861	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	31	9520	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 6 mm de diámetro x 6 a 26 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.862	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	32	9521	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 6 mm x 20 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.863	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	33	9522	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 7 mm de diámetro x 10 a 31 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.864	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	34	9523	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 7 mm x 30 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.865	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	35	9524	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 8 mm diámetro x 12 a 37 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.866	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	36	9525	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 9 mm diámetro x 18 a 33 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.867	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	37	9526	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 9 mm x 30 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.868	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	38	9527	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 10 a 20 mm de diámetro x 20 a 36 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.869	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	39	9528	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 1 a 2 mm x 1 a 10 cm, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.870	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	40	9529	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 2 mm de diámetro x 1 a 10 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.871	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	41	9530	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 3 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.872	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	42	9531	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 4 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.873	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	43	9532	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 6 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.874	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	44	9533	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 8 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.875	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	45	9534	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 4 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.876	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	46	9535	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 3 mm de diámetro x 4 a 10 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.877	
Neurorradiologia-Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	47	9536	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 3 a 6 mm de diámetro x 6 a 15 cm de largo, acomodable para aneurismas irregulares, para llenado, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16 - Res. G.S N° D 035/2021	4.878	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	48	9537	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 4 mm de diámetro x 6 a 12 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.879	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	49	9538	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 4 mm x 10 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.880	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	50	9539	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 4 mm x 12 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.881	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	51	9540	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 5 mm diámetro x 10 a 22 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.882	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	52	9541	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 5 mm x 20 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.883	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	53	9542	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 6 mm de diámetro x 10 a 20 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R. N° 040-003/16	4.884	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	54	9543	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 7 mm de diámetro x 10 a 30 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.885	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	55	9544	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 8 mm de diámetro x 10 a 30 cmde largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.886	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	56	9545	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 9 mm de diámetro x 15 a 30 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.887	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	57	9546	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 10 mm diámetro x 30 a 40 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.888	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	58	9547	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 11 a 12 mm de diámetro x 15 a 35 cm largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.889	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	59	9548	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 13 a 14 mm de diámetro x 20 a 40 cm largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.890	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	60	9549	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 15 a 20 mm de diámetro x 30 a 60 cm de largo, acomodable para llenado de aneurismas irregulares, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.891	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	61	9550	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 15 a 16 mm de diámetro x 30 a 40 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.892	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	62	9551	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 17 a 18 mm de diámetro x 30 a 50 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.893	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	63	9552	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coils de 20 mm de diámetro x 30 a 60 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.894	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	64	9553	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 10 mm de diámetro x 20 a 40 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.895	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	65	9554	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 12 mm de diámetro x 30 a 45 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.896	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	66	9555	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 14 mm de diámetro x 30 a 50 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.897	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	67	9556	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 18 mm de diámetro x 30 a 60 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.898	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	68	9557	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coils de 22 a 24 mm de diámetro x 40 a 60 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.899	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	69	9489	EQUIPO DISPOSITIVO DE INSUFLACIÓN PARA BALONES DE ANGIOPLASTÍA	De 10 a 30 cc (ml) con presión máxima de 40 atm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.900	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	70	9583	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Filtro de 3 a 7 mm de diámetro y con guía correspondiente.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.901	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	71	9584	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 4 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.902	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	72	9585	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 5 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.903	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	73	9586	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 6 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.904	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	74	9587	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 7 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.905	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	75	9508	FILTRO DE VENA CAVA FEMORAL CON DISEÑO DE 12 ALAMBRES, CON DIÁMETRO DE 30 MM EXPANDIDO Y 45 MM DE LARGO. INTRODUCTOR DE 8.5 FR Y 45 CM.	Filtro no magnético, sistema de introducción de filtro cargado con gancho asidor de acero inoxidable; aguja, guía, dilatador y sistema de introducción.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.906	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	76	9511	FILTRO DE VENA CAVA FEMORAL TIPO NIDO DE PÁJARO CON 40 MM DE DIÁMETRO EXPANDIDO C/ CATÉTER DE 11 FR y 40 CM DE LARGO	Con vaina introductora de 12 french. Uso con guía 0.038".	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.907	
Neurorradiologia - **Cirugia Vascular**	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	77	9509	FILTRO DE VENA CAVA YUGULAR CON DISEÑO DE 12 ALAMBRES, CON DIÁMETRO DE 30 MM EXPANDIDO Y 45 MM DE LARGO. INTRODUCTOR DE 8.5 FR Y 80 CM.	Filtro no magnético, sistema de introducción de filtro cargado con gancho asidor de acero inoxidable; aguja, guía, dilatador y sistema de introducción.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 **RGS N° D016-2023**	4.908	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	78	9512	FILTRO DE VENA CAVA YUGULAR TIPO NIDO DE PÁJARO CON 40 MM DE DIÁMETRO EXPANDIDO C/ CATÉTER DE 11 FR y 75 CM DE LARGO	Con vaina introductora de 12 french. Uso con guía 0.039".	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.909	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	79	9569	GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS	De 0.007 a 0.010 pulgadas y de 160 a 220 cm largo. Material radioopaco. Punta recta o angulada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.910	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	80	9570	GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS	De 0.011 a 0.014 pulgadas y de 160 a 220 cm largo. Material radioopaco. Punta recta o angulada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.911	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	81	9571	GUÍA PARA MALFORMACIONES EN ARTERIAS Y/O VENAS	De 0.007 a 0.008 pulgadas y de 200 cms largo y/o prolongable de 315 a 360 cm. Material hidrofílico. Punta recta o angulada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.912	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	82	9513	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta angulada de 0.035 pulgadas y 180 cm de largo. Hidrofílica y radiópaca.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08	4.913	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	83	9514-1	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta angulada de 0.035 pulgadas y 260 cm de largo. Tipo stiff. Hidrofílica y radiópaca. Estéril.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08	4.914	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	84	9514-2	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	De intercambio, punta angulada de 0,035 pulgadas y 150 cm de largo. Tipo soft. Hidrofílica y radiópaca. Estéril.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08	4.915	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	85	9514-3	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	De intercambio, punta angulada de 0,035 pulgadas y 150 cm de largo. Tipo soft. Hidrofílica y radiópaca. Estéril.				Res. N° 092-027/08	4.916	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	86	9515	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta angulada de 0.038 pulgadas y 260 cm de largo. Hidrofílica y radiópaca.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.917	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	87	9516	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta recta o angulada de 0.012 a 0.017 pulgadas y 180 a 220 cm de largo, radioopaca	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.918	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	88	10215	GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,035 " PUNTA ANGULADA DE 150 CM DE LARGO	Tipo soft, estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08. Mod. Res Nº 047-004/11	4.919	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	89	10216	GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,035 " PUNTA ANGULADA DE 150 CM DE LARGO	Tipo stiff, estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08. Mod. Res Nº 047-004/11	4.920	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	90	9517	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta recta o angulada de 0.018 a 0.025 pulgadas y 180 a 220 cm de largo. Radioopaca	UNIDAD			Res. N° 022-028/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.921	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	91	9579	SUSTANCIAS EMBOLIZANTES PARA ANEURISMAS y/o malformaciones	n-Butyl Cyanoacrylate, adhesivo tisular que incluya Oleo Ethiodized, mínimo 10 ml	UNIDAD			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.922	
Neurorradiologia - **Cirugia Vascular**	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	92	9885	INTRODUCTOR DE 6 FR y de 7 a 15 CM DE LARGO . USADO CON GUÍA DE 0.035 y 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 **RGS N° D016-2023**	4.923	
Neurorradiologia - **Cirugia Vascular**	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	93	9498	INTRODUCTOR DE 6 FR, 80 a 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 **RGS N° D016-2023**	4.924	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	94	9499	INTRODUCTOR DE 7 FR, de 7 a 15 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.925	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	95	9501	INTRODUCTOR DE 7 FR, 80 a 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.926	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	96	9500	INTRODUCTOR DE 8 FR, 7 a 15 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 00.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.927	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	97	9502	INTRODUCTOR DE 8 FR, 80 a 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. Nº 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.928	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	98	10213	INTRODUCTOR DE 4 A 5 FR. Y de 4 a 15 CM DE LARGO.	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res.Nº 102-013/10 R.C.A. N° 040-003/16	4.929	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	99	10214	INTRODUCTOR RADIAL DE 5 a 6 FR. Y 4 a 15 CM DE LARGO.	Estéril, descartable. Con brazalete para compresión	UNIDAD			Res.Nº 102-013/10 R.C.A. N° 040-003/16	4.930	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	100	9575	LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS	Radioopaco., en base a polímero y con diluyente DMSO.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.931	
Neurorradiologia- Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	101	9574	LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS	De poca viscosidad, es un copolimero, contiene EVOH y diluyente DMSO. Radiópaco.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 - Res. G.S. N° D 035/2021	4.932	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	102	9566	MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.010 a 0.014" Diámetro de 1.4 -2 french.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 R.C.A. N° 040-003/16	4.933	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	103	9567	MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.014 a 0.018" Diámetro de 2.1 - 2.5 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.934	
Neurorradiologia- Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	104	9568	MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.014 a 0.018" Diámetro de 2.6 - 3 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 - Res. G.S. N° D 035/2021	4.935	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	105	9565	MICRO CATÉTER, PARA MALFORMACIONES	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.007 a 0.008" Diámetro de 0.8 - 2.8 french. Punta desprendible.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.936	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	106	9576	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN PVA	Tamaño de partículas de 40 a 300 micrones. Frasco	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.937	
Neurorradiologia- Cirugia Vascular	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	107	9577	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN PVA	Tamaño de partículas de 301 a 800 micrones. Frasco	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 - Res. G.S. N° D 035/2021	4.938	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	108	9578	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN PVA	Tamaño de partículas de 801 a 1500 micrones. Frasco	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.939	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	109	9580	SISTEMA PARA ACCESO A LA CARÓTIDA. PARA INTRODUCIR CATÉTERES Y BALONES	Vaina de 6 french, 80 - 100 cm de largo. Punta distal radiópaca y angulada.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.940	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	110	9572	SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS	Para liberación controlada que debe suministrarse según tipo de coils adjudicado	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 R.C.A. N° 040-003/16	4.941	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	111	9573	SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS y/o STENTS	Para liberación controlada que debe suministrarse según tipo de coils y/o Stent adjudicado	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.942	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	112	9503	STENT CAROTIDIO DE 6 A 9 MM DE DIÁMETRO X 10 A 60 MM DE LARGO	Radioopaco, autoexpandible	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.943	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	113	9504	STENT VASCULAR DE 7MM DE DIÁMETRO X 40 MM DE LARGO CON CATÉTER POSICIONADOR DE 125 CM DE LARGO	De alambre de aleación de niquel y titanio, autoexpandible y con los extremos distales bañados en oro.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.944	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	114	9505	STENT VASCULAR DE 8MM DE DIÁMETRO X 20 MM DE LARGO CON CATÉTER POSICIONADOR DE 125 CM DE LARGO	De alambre de aleación de niquel y titanio, autoexpandible y con los extremos distales bañados en oro.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.945	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	115	9506	STENT VASCULAR DE 8MM DE DIÁMETRO X 40 MM DE LARGO CATÉTER POSICIONADOR DE 125 CM DE LARGO	De alambre de aleación de niquel y titanio, autoexpandible y con los extremos distales bañados en oro.	UNIDAD			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.946	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	116	9867	TUNGSTENO O TANTALIO (Para Neuroradiología)		FRASCO				4.947	
Neurorradiologia	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	117	11015	Stent Autoexpandible Cerebral, Diversor de Flujo	Radioopaco de 2 a 7.5 mm de diámetro y de 10 a 75 mm de largo, recuperable. Con su catéter de colocación u su guía.	UNIDAD			RCA: N° 050-038/13 R.C.A. N° 040-003/16	4.948	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	1	11040	Prótesis para amputación tranfemoral con rodilla monocéntrica y Pie. SACH.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquiático o longitudinal con contención isquiático y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla monocéntrica con mecanismo de freno activado con descarga de peso, con impulsor y manguito protector, en acero, ángulo de flexión de articulación de rodilla de 145°; Pie SACH: con cuña de talón de espuma rígida y resina flexible tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.949	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	2	11041	Prótesis para amputación tranfemoral con rodilla monocéntrica y Pie Dinámico.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquiático o longitudinal con contención isquiático y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla monocéntrica con mecanismo de freno activado con descarga de peso, con impulsor y manguito protector, en acero, ángulo de flexión de articulación de rodilla de 145°; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.950	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	3	11042	Prótesis para amputación transfemoral con rodilla Policéntrica y Pie Dinámico.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquiático o longitudinal con contención isquiático y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla Policéntrica en acero con regulación de fricción y soporte de extensión; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.951	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	4	11043	Prótesis para amputación transfemoral Policéntrica Hidráulica con pie dinámico.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquiático o longitudinal con contención isquiático y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla: Policéntrica hidráulica con control en la fase de balanceo; Pie Dinámico: de comprensión axial durante la carga, talón de espuma de poliuretano, quilla en uretano flexible y tobillo de madera, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.952	
Medicina Física y Reabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	5	11044	Prótesis para amputación transfemoral y rodilla con traba manual y pie articulado.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquiático o longitudinal con contención isquiático y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla: monocéntrica, con bloqueo manual activado a distancia, de aluminio; Pie Articulado: de eje simple con bisagra que provee movimientos de flexo-extensión, tamaño según, medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.953	
Medicina Física y Reabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	6	11045	Prótesis para amputación transtibial y Pie Dinámico	Prótesis modular con encaje externo en resina acrílica, externo en poliformio, tipo KBM, PTB ó PTS; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.954	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	7	11046	Prótesis para amputación transtibial y Pie Dinámico	Prótesis modular con encaje externo en resina acrílica, externo en poliformio, tipo KBM, PTB ó PTS; Pie Dinámico: de comprensión axial durante la carga, talón en espuma de poliuretano, quilla en uretano flexible y tobillo de madera, tamaño según medida del paciente Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.955	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	8	11047	Prótesis para amputación de Pirogoff	Prótesis para amputación de Pirogoff en resina acrílica de alta resistencia, con pie tipo Pirogoff, tamaño según medida del paciente.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.956	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	9	11048	Prótesis para amputación de Linsfranc	Prótesis para amputación de Linsfranc, En termoplástico con relleno blando en región anterior del pie y cierre de contacto en tobillo y pierna.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.957	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	10	11049	Orto Prótesis para amputación de dedos del Pie	Orto prótesis para amputación de dedos del pie con relleno anterio y plantilla con descarga bajo las partes óseas distales remanentes.	Unidad			RCA: N° 099-020/14	4.958	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	11	7745	Prótesis para Hemipelvivectomía con Articulación de cadera con traba manual, rodilla monocéntrica y pie Dinámico.	Prótesis modular con cesto pélvico laminada en resina acrílica rígida en la parte distal con base metálica para articulación de cadera y resina flexible en la región proximal con almohada en la región distal fijada con cintos y cierre de contacto; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero; Articulación de cadera con traba manual; Rodilla monocentrica en mecanismo de freno activado con descarga de peso, con impulsor y manguito protector, en acero, ángulo de flexión de articulación de rodilla de 145°; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel.	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 099-020/14	4.959	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	12	7753	Prótesis paa desarticulación de cadera con rodilla policéntrica y pie dinámico	Prótesis modular con canje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo isquiático o longitudinal con contención isquiatico y valvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla policéntrica de titanio con impulsor mecánico Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 099-020/14	4.960	
Medicina Física y Rehabilitación	6. PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 600	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	13	7754	Prótesis para amputación transtibial con Pie SACH	Prótesis modular con encaje externo en resina acrílica, externo en poliformio, tipo KBM, PTB ó PTS; Pie SACH: con cuña de talón de espuma rígida y resina flexible tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	JUEGO			Res.060-010/05 RCA: N° 099-020/14	4.961	
Departamento Laboratorio de Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	582	11530	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE IRT NEONATAL	Método Inmunoensayo enzimático fluorométrico (FEIA) Kit de reactivos: placa de microtítulos, conjugado, diluyente conjugado, sustrato, diluyente para el sustrato, solución de parada, solución de lavado, calibradores, controles, cubiertas de plástico, ficha con valores para los controles y calibradores, cubetas de reactivos, ficha técnica en idioma español. Los materiales y reactivos no provistos en el Kit deben ser suministrados como equipos de soporte a comodato	Determinación	CE- ISO 13485	UNIDAD	RCA N° O40-038-2022 Fecha 19 julio 2022	4.962	
Radiología- **Hemodinamia**	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	5	3459-6	DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO MEDIANO-COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO **MEDIANO COMPLETO** CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA	Unidad	LA FDA Y/O CE			4.963	

RESOLUCIÓN Nº 005-031/15 ART. 14º) Disponer que los productos modificados y excluidos en la presente Resolución permanezcan invariables hasta agotar el stock existente
Las tablas a continuación no deben considerarse para ningun llamado a Licitación o compra (tabla celeste y naranja)

Modificaciones del Cuadro Básico. Estará hasta que termine stock y compromisos asumidos con Empresas

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC UTI- Urg		2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	286	4288	KIT RIA IGE TOTAL	Líquido	Determinaciones					
AC Bq CI		2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	289	4615	KIT RIA PROGESTERONA - CT	Líquido	Determinaciones					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	18	6937	ALAMBRE HIDROFILICA 0.014" PUNTA J TIPO INTERMEDIO DE 170 A 200 CM.DE LONGITUD	Estéril, Descartable	Unidad			Res. Nº 070-016/11		
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1	10210	ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200 CM. DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA. Hidrofílica	Estéril, desechable.	Unidad			Res.Nº 054-022/08. Res Nº 070-016/11 **-RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	2	7200	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	Estéril, Descartable	Unidad			RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	3	5706	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	Estéril, Descartable	Unidad			RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15		
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	4	7201	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	Estéril, Descartable	Unidad			RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 **-RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	5	5660	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	Estéril, Descartable	Unidad			RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	6	6938	ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J, TIPO INTERMEDIO x 260 a 300 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.	Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11-**RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	7	3590	ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J, TIPO FLOPPY x 170 a 200 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.	Estéril, descartable.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	35	6040	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 2,5 MM DE DIAMETRO X 19 A 21 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	36	5073	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 3,0 MM DE DIAMETRO X 19 A 21 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	37	6041	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 3,5 MM DE DIAMETRO X 19 A 21 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento..	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	38	4871	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 4.0 MM DE DIAMETRO X 19 a 21 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento..	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res.Nº 054-022/08 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021		
Servicio de Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	39	10203	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 4 A 8 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res.Nº 054-022/08-RCA Nº 098-028/2021		
Servicio de Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	41	10205	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 15 a 17 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Mod. Res. Nº 067-001/06-RCA Nº 098-028/2021		
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	49	7174	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			**RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	50	5815	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 6 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08		
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	51	7175	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			**RGS N° D016-2023**		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	52	3596	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 6 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	53	7176	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 3 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	54	5816	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 3 DE 6 FRENCH		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	55	5773	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 6 FRENCH		Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	56	7177	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 7 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	57	7178	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 1 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	58	5818	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 1 DE 6 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	59	7179	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	60	5819	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 6 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	61	7180	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 4 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res.- 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	62	5659	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 4 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			RCA N° 030-013/08		
Servicio de Hemodinamia -**Cirugia Vascular**	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	63	7181	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res.- 049-029/05 **RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	64	5768	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	65	7182	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	66	5770	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 6 FRENCH		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	67	7183	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 7 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	68	7184	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	69	7185	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	70	5766	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	71	5767	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	72	7186	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 7 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	73	5769	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	74	3595	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	75	5110	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 6 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			RCA N° 030-013/08		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	76	7187	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 5 FRENCH	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	77	5775	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MAMARIA 6 FRENCH		Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	78	7189	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH	Estéril, Descartable	Unidad			RCA N° 030-013/08		
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	80	7192	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5 FRENCH	Longitud de 100 a 120 cm.	Unidad			Res.- 049-029/05 **RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	81	7193	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 6 FRENCH	Longitud de 100 a 120 cm.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	84	7211	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL 50 a 80 CM DE LONG. 4 FR	Estéril, Descartable,recto ó angulado	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	88	7198	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SONES DE 6 FR	Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	89	3591	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	90	3592	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	91	3593	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	92	5697	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR1 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	93	5698	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR2 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	95	5780	CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 A 7 FR		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	96	5703	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR.		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	97	5927	CATÉTER GUÍA Nº 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	98	5952	CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH.		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	99	7237	CATÉTER GUÍA Nº3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH		Unidad					
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	100	7238	CATÉTER GUÍA Nº3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH		Unidad			Res.Nº 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	101	5953	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO N° 4 de 6 a 7 FR	Estéril, descartable, terapéutico.-	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	102	5776	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	103	3689	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	104	5778	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	105	5779	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	106	5784	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	107	5782	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 6 a 7 FR	Estéril,Descartable	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	108	7188	CATÉTER GUÍA PARA MAMARIA INTERNA DE 6 a 7 FR	Estéril, descartable, terapéutico.-	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Servicio de Hemodinamia -**Cirugia Vascular**	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	110	7236	CATÉTER MULTIUSO A2 - 4 A 5 FRENCH.	Estéril, descartable.	Unidad			**RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	112	4792	CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH	Estériles, descartables.	Unidad			Res. 049-029/05		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	113	7209	CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 5 FRENCH	Estériles, descartables.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	123	7206	CATÉTER DE RASHKIND 5 FRENCH		Unidad					
Servicio de Hemodinamia -**Cirugia Vascular**	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	141	7262	GUÍAS LARGAS TETRAFLUORETILENO DE INTERCAMBIO N° 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD	Estériles	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 **RGS N° D016-2023**		
Servicio de Hemodinamia -**Cirugia Vascular**	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	143	7098	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH	Con Aguja de Punción Arterial (Kit)	Unidad			Res.- 049-029/05 **RGS N° D016-2023**		
Servicio de Hemodinamia -**Cirugia Vascular**	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	150	10209	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	Estéril, desechable	Kit			Res.- 049-029/05 **RGS N° D016-2023**		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	167	10724	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA RECTA.	Estéril, descartable, hidrofilica.	Unidad			RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	168	10725	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA "J ".	Estéril, descartable, hidrofilica.	Unidad			RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	170	10727	GUÍA HIDROFILICA PARA USO EN OCLUSIONES CRÓNICAS ARTERIOVENOSAS.	Punta J, de 0,014" y 180 a 190 de largo. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	193	11220	GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 150 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 150 CM DE LONGITUD CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	194	11221	GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 260 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM	UNIDAD			RCA: N° 089-019/17		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	202	11229	STENT PERIFERICO DE METAL, DE 19 MM AL 40 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO	STNT DE ACERO INOXIDABLE, CON CELDAS CERRADAS, FLEXIBLE, CON ALTA FUERZA RADIAL, NO MONTADO Y NO AUTOEXPANDIBLE. CON CAPACIADA PARA MONTAR EN BALONES, SER GUIADAS EN VAINAS LARGAS.	UNIDAD					

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9329	30	1529	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina.Con sistema cerrado(sistema tipo membrana que no permita el contacto de lasolucion con el medio ambiente).Con escalas graduadas numericas visibles en el envase de maximo 100 cc entre una y otra(empalmado no pegado) Libre de LATEX. Apirojeno.Solucion apta para mezcla con otros medicamentos.	Unidad		Envase de 1000 ml	RCA N° 010-042/07 - R CA N°062-007/2020 DE FECHA 07/08/2020		
Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	207	11301	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7,5 Fr., de cuerpo blando, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18		

Exclusiones del Cuadro Básico. Estará hasta que termine stock y compromisos asumidos con Empresas

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION
AC Microb			69	4302	ANTI HCV 3° GENERACIÓN (HEPATITIS C). MET. ELISA	99,7% De Especificidad - 99,9 % Sensibilidad. Kit. Líquido	Determinaciones			Excluir s/RCA Nº 015-032/2022 FECHA 15/03/2022
AC Hematología			373	6473	REACTIVO P/ HEPATITIS "B" MÉTODO ELISA. C/ CALIBRADOR Y CONTROL. P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	99,8% de Especificidad 99,9% de Sensibilidad kit. Líquido	Determinaciones			Res. N° 062-016/05-Excluir s/RCA Nº 015-032/2022 FECHA 15/03/2022
			488	10301	TEST PARA DETECCIÓN DE INFLUENZA A Y B.	Test rápido - Inmunocromatográfico que permita la detección diferenciada de Inflenza A y B. Kit completo con hisopos estériles para la toma de muestras virales con mango flexible y tubos que permitan que los hisopos puedan ser comprimidos para mejor colecta del material. Presentación. Caja.	Determicación			Res. Nº 046-023/09 RCA: Nº 020-019/12-Excluir S/ Resol. CA Nº 015-031/2022 Fecha 15/03/2022
Laboratorio de Analisis Clinicos			598	11499	Reactivo para la deteccion de antigenos del SARS-COV-2	Metodo:Inmunocromatografia test rapido.kit completo con:Dispositivo de prueba(en casette)con desecante en bolsa de aluminio Individual.Solucion tampon(que inactiva el virus),tubos de extraccion, tapas de tubos de extraccion,hisopo control positivo,hisopo control negativo,hisopos nasofaringeos esterilizados para la recoleccion de muestras virales con mango flexibles,gradilla para tubos, guia de referencia rapida(nasofaringea). Instruciones de uso Sencibilidad(90 a 96,4%) Especificidad(98 a 100%)	Determinacion		kit	RCA Nª 034-020/2021 DE FECHA 06/04/2021-Excluir S/ Resol. CA Nº 015-031/2022 Fecha 15/03/2022
AC Microb			159	4147	DILUYENTE DE GLÓBULOS BLANCOS	Frasco x 50 a 100 cc.-	cc			Res.N° 010 - 041/07-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
			49	3968	ALBÚMINA REACT. ENZIMT (COLORIMÉT). C/ ESTÁNDAR	Líquido	Determinaciones			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Bq Cl			77	3982	ANTICOAGULANTE PARA GLICEMIA	Líquido - Frasco gotero x 20 a 200 cc.	cc			Res.N° 010 - 041/07-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Bq Cl			96	4052	BILIRRUBINA ESTÁNDAR	Líquido	Determinaciones			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
Laboratorio			100	4060	BUFFER PARA IFI	Polvo liofilizado para disolver o listo para su uso. Presentación frasco o sobre.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA: Nº 020-019/12-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Hematología			111	4097	CK - MB MANUAL. ENZIMÁTICO	Kit. Liofilizado .Debe Ser Misma Marca Que El Reactivo Ck Nac De Código 4095	Determinaciones			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Hematología			112	4095	CK -NAC MANUAL. ENZIMÁTICO.	Kit. Liofilizado . Debe Ser Misma Marca Que El Reactivo Ck Mb De Código 4097	Determinaciones			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC UTI			120	4123	COLESTEROL ENZIMÁTICO REACTIVO MANUAL	Líquido	Determinaciones			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC			158	4337	DILUENT BUFFER	Líquido	Frasco			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Bq Cl			435	4708	GALERIA DE IDENTIFICACION P/ CÁNDIDA	Kit con o sin revelador. Galeria con sustrato deshidratado para la identificación de 30 gérmenes como mínimo y tabla de identificación.	Determinacion			Res.Nº 137-035/10-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Bq Cl-URG-UTI			436	4710	GALERIA PARA IDENTIFICACION DE CORYNEBACTERIAS .	Kit con revelador. Galeria con sustrato deshidratado para la identificación de 30 gérmenes como mínimo y tabla de identificación.	Determinacion			Res.Nº 137-035/10-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Hematología			438	4709	GALERIA DE IDENTIFICACION PARA COCOS GRAM(+) .	Kit con revelador. Galeria con sustrato deshidratado para la identificación de Staphylococcus. Tiempo de identificación máximo 24 horas.	Determinacion			Res.Nº 137-035/10-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC servicios			439	4713	GALERIA PARA IDENTIFICAION DE STREPTOCOCOS.	Kit con revelador. Galeria con sustrato deshidratado para la identificación de 40 gérmenes como mínimo y tabla de identificación.	Determinacion			Res.Nº 137-035/10-Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022
AC Perinat			51	4402	ALFAFETO PROTEÍNAS MÉTODO RÁPIDO - ELISA C/ CONTROL	Kit completo.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06-Excluir S/ResolC.A.Nº017-044/2022 Fecha 22/03/2022
AC RIA			278	4285	KIT RIA B - HCG CUANTITATIVO	Líquido	Determinaciones			Excluir S/Resol C.A. Nº 017-044/2022 Fecha 22/03/2022
AC RIA			290	4292	KIT RIA HCG (CUANTITATIVO)	Líquido	Determinaciones			Excluir S/Resol C.A. Nº 017-044/2022 Fecha 22/03/2022
Laboratorio			381	4529	REACTIVO P/PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO.	Kit compuesto de: Gel de Acetato de celulosa, Tris Hipurato Buffer, Colorante Ponceu S. , Solución decolorante, Solución de limpieza, Papel absorvente, Lámina de polietileno.- Adaptable a equipo Cellogel - Italia. Presentación. Kit	Determinación			Res.N° 013 - 021/07 RCA: Nº 020-019/12-Excluir S/Resol C.A.017-044/2022 Fecha022/03/2022
			302	9397	KIT RIA TESTOSTERONA LIBRE	Líquido	Determinaciones			Excluir S/Resol C.A. Nº 017-044/2022 Fecha 22/03/2022
AC Microb			376	5111	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IGG.MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia que el Toxoplasmosis IGM (Cód. 5112)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07-Excluir S/ Resol.CA Nº 017-044/2022 Fecha 22/03/2022
AC Microb			377	5112	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IGM MET. ELISA(PERINATOLOGÍA)	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia que el Toxoplasmosis IGG (Cód. 5111)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07- Excluir S/Resol.C.A.017-044/2022 Fecha 22/03/2022
HOSPITALARIO				1529-6	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,9O%	Presentación: Envase de 1000 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12-EXCLUIR S/ RCA N°062-007/2020 FECHA 07/08/2020

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
AC Microb			393	4564	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS	Método Manual p/aglutinación	Determinaciones			Res. 049-029/05- Excluir S/Resol.C.A.017-044/2022 Fecha 22/03/2022		
			4	4655	ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO COLORIMÈTRICO(MÉT. MANUAL)	Líquido	Determinaciones			Excluir S/ Resol.CA Nº 015-030/2022 Fecha 15/03/2022		
AC Perinat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	346	6166	REACTIVO P/ CMV/IGG (Citomegalovirus) Met. Elisa	Líquido debe ser de la misma marca y procedencia que el Reactivo Citomegalovirus IGM (Cód. 6167)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07, excluido por RCA 017-044/22		
AC Bq Cl	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	347	6167	REACTIVO P/ CMV/IGM (Citomegalovirus) Met. Elisa	Líquido debe ser de la misma marca y procedencia que el Reactivo Citomegalovirus IGG (Cód. 6166)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07, excluido por RCA 017-044/22		
	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	391	10488	REACTIVO PARA EL DOSAJE DE TACROLIMUS	Para dosaje del medicamento Tacrolimus en pacientes transplantados. Método MEIA, Quimioluminiscencia u otro similar.	Determinaciones			Res. Nº 121-030/09, excluido por RCA 017-044/22		
Centro de Diagnóstico e Imágenes: Resonancia Magnetica (RMN)	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10301	2	11284	GADOLINIO-GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA	De 0,5mmol/ml. Lineal - Ionico. Solución inyectable, estéril, para uso por via E. V. como medio de contraste en estudios por Resonancia Magnética.	ML		Frasco ampolla de 10 - 15 - 20 - 30 ml.	RCA: N° 031-003/18 RCA N° 072-009/23 EXCLUSION		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	7	3119	ATASCADOR PARA AMALGAMA	Uso Odontológico. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	10	9750	CEMENTO QUIRÚRGICO CON ANTIBIÓTICO	Uso odontológico	Unidad			EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	13	3132	CONDENSADOR P/ AMALGAMA	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves	Unidad			Res. N° 058-001/06, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	23	9657	ELEVADOR CURVO ADULTO IZQUIERDO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	25	9658	ELEVADOR CURVO PEDIÁTRICO DERECHO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			Res. N° 058-001/06, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	26	9659	ELEVADOR CURVO PEDIÁTRICO IZQUIERDO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	31	3146	ESCULPIDOR ODONTOLÓGICO	Acero Inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	58	3239	FRESA PARA TURBINA CONO INVERTIDO CHICA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	59	3240	FRESA PARA TURBINA CONO INVERTIDO MEDIANA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	60	3242	FRESA PARA TURBINA DE FISURA CHICA DE EXTREMO RECTO	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	61	3244	FRESA PARA TURBINA DE FISURA GRANDE	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	73	9668	GOMAS PARA PULIR AMALGAMA (GOMAS SILICONADAS)	Fresas siliconadas para baja rotación de diferentes formas (discos, pimpollos, tazas) Kit de 3 unidades como mínimo.-	Kit			Res. N° 069-051/08, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 02/01/2024 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	B11	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	80	3255	LIMADURA DE PLATA P/USO ODONTOLÓGICO		Unidad			EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	84	3262	MERCURIO VIVO	Mercurio Vivo Uso Odontológico	Frasco			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	86	8781	MODELADOR PARA AMALGAMA (Bruñidor)	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	88	4451	MORTERO VIDRIO 5 cc. C/PILÓN	Vidrio de alta resistencia, Uso odontológico	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	87	4453	MORTERO VIDRIO 12 cc. C/ PILÓN.	Vidrio de alta resistencia, Uso odontológico	Unidad			R.C.A N° 079-041/06, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	92	6897	PERFLUORO-N-OCTANO, LÍQUIDO ESTÉRIL	Frasco De 5 Y 7 mL	Frasco			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	97	3276	PORTA AMALGAMA USO ODONTOLÓGICO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			Res. N° 058-001/06, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	113	9679	TURBINA ODONTOLÓGICA CON ACOPLE RÁPIDO	Acople rápido, 3 a 4 toberas de spray, velocidad mínima de 300.000 rpm. Sujeción de fresas sistema rápido autoclavables a 135° C	Unidad			RES N° 038-022/08, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		
Odontología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	114	9680	TURBINA ODONTOLÓGICA CON FIBRA ÓPTICA	Acople rápido, 3 a 4 toberas de spray, velocidad mínima de 300.000 rpm. Sujeción de fresas por botón, Fibra óptica de alta calidad, autoclavables a 135° C	Unidad			Res. N° 063-007/07, EXCLUIDO POR RCA 081-026/23		