MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº 666/2017.-

CUADRO DE PRECIO RECOMENDADO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "ADQ. DE REACTIVOS CON EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO" – PLURIANUAL

MODALIDAD: LPN SBE Nº 100/16

EMPRESA RECOMENDADA: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

Lote	Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida*	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Mínimo (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	1	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	REACTIVOS PARA HEMOGRAMA CON EQUIPO EN COMODATO.La tecnología debe permitir realizar lecturas por impedancia automatizado o similar tecnología .Con capacidad como mínimo de proporcionar 18 parámetros hematológicos. Con las siguientes características: Capacidad para realizar mínimo 60 determinaciones/hora, volumen de muestra entre 30 - 50 ul. Las determinaciones ofertadas deben incluir todos los reactivos de la misma marca que el equipo para el óptimo desempeño del mismo y a fin asegurar la calidad de los resultados obtenidos. Controles de calidad de 3 Niveles, Limpiador enzimático. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de fabricación. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA compatible con los equipos ofertados y en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio. Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en	Unidad	Determinación	MINDRAY	CHINA	6.250	12.500	3.451	21.568.750	43.137.500

SB/ce

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº 666/2017.-

Lote	Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida*	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Mínimo (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
				comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (1 impresora), tinta y/o tóner y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (un) homogeneizador de tubos									
1	2	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos). Equipos de última generación, no mayor a 3 (tres) años de fabricación. <u>EQUIPO DE QUÍMICA:</u> Con capacidad de procesar 200 determinaciones hora como mínimo. Debe ser de acceso aleatorio, capacidad de carga de 50 posiciones de muestra como mínimo, realizar urgencias aleatoriamente y continuar procesando las demás muestras. Con 50 posiciones como mínimo de reactivos refrigerados a bordo. Debe tener posibilidad de incorporar tubos primarios y lector de códigos de	Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	3.570	21.420.000	42.840.000
1	3	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	3.570	21.420.000	42.840.000
1	4	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	3.570	21.420.000	42.840.000
1	5	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	1.200	2.400	3.570	4.284.000	8.568.000
1	6	41116105-129	HDL COLESTEROL (Ddirecto, sin desproteinizante)		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	4.500	9.000	6.426	28.917.000	57.834.000
1	7	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	4.500	9.000	2.725	12.262.500	24.525.000
1	8	41116105-081	REACTIVO PARA		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	4.500	9.000	3.451	15.529.500	31.059.000

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº 666/2017.-

Lote	Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida*	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Mínimo (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
			TRIGLICÉRIDOS	barra en todas las posiciones. Con sistema de auto-lavado. Rotor de reacción con temperatura controlada por peltier a 37ºc. Tipos de muestra: suero, plasma, orina, lcr, sangre entera(para HBA1C). **EQUIPO DE INMUNOLOGÍA: analizador Semi-Automatico de inmunoensayo cromatografico para la determinaciones cuantitativa de antigenos y anticuerpo, en una duracin de 10 a 12 minutos. Equipos de Electrolito: Un equipo analizador de Ión Selectivo para la determinación de electrolitos (Sodio – Potasio – Cloro, Calcio Ionico, Litio) con muestras de suero y orina, con auto calibración y visor de resultadoscon impresión de los mismos** PARA CADA EQUIPO: Todos estos equipos deben estas conectados a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información de los equipos autoanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (2 impresoras), tinta y/o tóner) y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el oferente, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a									
1	9	41116105-127	GOT		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	2.725	16.350.000	32.700.000
1	10	41116105-128	GPT		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	2.725	16.350.000	32.700.000
1	11	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	2.725	16.350.000	32.700.000
1	12	41116105-123	BILIRRUBINA TOTAL		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	2.725	16.350.000	32.700.000
1	13	41116105-123	BILIRRUBINA DIRECTA		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	2.725	16.350.000	32.700.000
1	14	41116130-081	GAMMA GT		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	6.000	12.000	2.725	16.350.000	32.700.000
1	15	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	750	1.500	2.725	2.043.750	4.087.500
1	16	41116105-403	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	750	1.500	2.725	2.043.750	4.087.500
1	17	41113305-001	CALCIO		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	400	800	2.725	1.090.000	2.180.000
1	18	41116113-022	FÓSFORO		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	400	800	2.725	1.090.000	2.180.000
1	19	41116105-005	MAGNESIO		Unidad	Determinación	WIENER	ARGENTINA	400	800	2.725	1.090.000	2.180.000
1	20	41111605-007	T3 REACTIVO		Unidad	Determinación	DIASORIN	ITALIA	1.500	3.000	22.600	33.900.000	67.800.000
1	21	41116126-013	KITS - DETERMINACION DE T4		Unidad	Determinación	DIASORIN	ITALIA	1.500	3.000	22.600	33.900.000	67.800.000
1	22	41111605-003	FT3 reactivo		Unidad	Determinación	DIASORIN	ITALIA	1.500	3.000	22.600	33.900.000	67.800.000
1	23	41111605-006	FT4 reactivo		Unidad	Determinación	DIASORIN	ITALIA	1.500	3.000	22.600	33.900.000	67.800.000
1	24	41116105-368	TSH Reactivo		Unidad	Determinación	DIASORIN	ITALIA	1.500	3.000	22.600	33.900.000	67.800.000
1	25	41115805-017	Kit para Equipo de Electrolitos		Unidad	Determinación	DIESTRO	ARGENTINA	1.500	3.000	35.644	53.466.000	106.932.000

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General Operativo de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº 666/2017.-

Lote	Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida*	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Mínimo (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
				los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa. Se deberá proveer de tubos con gel separador de sueros en cantidad igual que las determinaciones solicitadas. Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (una) centrífuga de 36 tubos o más.										
											MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	475.245.250	950.490.500
Monto Mínimo: Guaranies, cuatrocientos setenta y cinco millones, doscientos cuarenta y cinco mil, doscientos cincuenta.-													
Monto Máximo: Guaranies,Novecientos cincuenta millones, cuatrocientos noventa mil, quinientos.-													

Ing. Mario Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Operativa de Contrataciones
M. S. P. y B. S.