ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00619

192
12/04

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía "Rigoberto Caballero"		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Kubitschek	**TELEFONO:**	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		**CARGO:**	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Estufa de Secado y Esterilizacion	**MARCA:**	FANEM
MODELO:	315 SE	**SERIE Nº:**	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 14, 04, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	**FALLA DENUNCIADA:**
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento correctivo c/provision y cambio de resistencia electrica calefactora (Item 6); Mantenimiento correctivo c/provision y cambio de circuito interno c/cable aislado (Item 7)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE 06.

POLICIA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Pol.
ADQUISICIONES

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	**Firma:**
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo	**Aclaración:**
Bioingeniero	
Reg. Prof. MSPyBS 017	
Fecha: 14-abril-2021	**Fecha:**

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-