ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001019

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - Foco Quirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de controlador de presión (pass-control). Verificación de presion de linea de agua filtrada; presion de linea de agua tratada a los consumos. Limpieza de cada de maquinas. Asignacion de mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Cesar Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	04-DIC-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE