ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00948

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez. c/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion Toco Quirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AIII SBOPE	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03, 05, 2023

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y desalado de maquinas. Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio. Limpieza de linea de vapor; Limpieza de colladera; Limpieza de camara de esterilización. Mantenimiento de bombo de vacio; mantenimiento de bombo de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de

REPUESTOS UTILIZADOS: Secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal tecnico asignado para los trabajos

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 03-mayo-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00949

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Toco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	IHM
MODELO:	IHM.	SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03, 05, 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de Camara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor, Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de descarga. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Mano de obra tecnica especializada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. Mérydas 017	Firma:
Aclaración:		Aclaración:
Fecha: 03-mayo-2023		Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00950

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Tocoquirúrgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AM S 806 E	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 05 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificaciones de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS: Asegurar un personal tecnico para los trabajos

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Biotecnólogo Reg. Prof. MSP/BS 017	Aclaración:
Fecha: 03 mayo - 2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00951

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas, UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. López c/ Cnel Cazal S.L	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Toco Quirúrgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A111 SBOPE	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 05 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza externa del equipo y sala de maquinas; limpieza de línea hidraulica; limpieza de línea de vacío limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilización. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de alivio por personal tecnico calificado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 03-mayo-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-