ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00976

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez c/ Prof. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Tocoquirurgico - Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AS III B09E	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06/09/2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y salade maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal tecnico asignado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. PRO INGENIEROS 087	Aclaración:
Fecha: 06 - Setiembre - 2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00977

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Proc Quirúrgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: IHM
MODELO: IHM	SERIE Nº: 125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06, 09, 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de bomba hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilización. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado; limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Asignación de mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS U 7	Aclaración:
Fecha: 06-Setiembre-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00978

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - Tocoquirúrgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A111S-B09E	SERIE Nº:	09099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06/09/23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilización; Mantenimiento de bomba de agua; Mant. de bomba de vacio. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vacio. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de salida drenaje; limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de seguridad; limpieza y verificación de valvula de alivio. Personal tecnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Profesional 017	Aclaración:
Fecha: 06-Setiembre-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-