JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000422

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional.- Fecha: 08/08/2022-

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno.-

Marca: Oxymat.- Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019227- Modelo: 0640.-

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Correctivo del equipo Según Orden de Servicio Nº 564/2022.-

- ✓ Provisión de grasa cojinete motor principal con mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión de grasa cojinete motor ventilador con mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión Kit pre filtro sistema enfriamiento con mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión Kit filtro atenuador y filtro salida de aire cabina control c/mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión filtro separador con mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión elemento filtro de aire con mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión de indicador estado de saturación filtro de aire con mano de obra - Compresor aire baja.-
- ✓ Provisión Kit mantenimiento válvula de admisión con mano de obra - Compresor aire baja.
- ✓ Provisión de correas con mano de obra - Compresor de aire baja.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Item 2,87 + Item 2,88.-	01	Item 2,109 + Item 2,110.-		
01	Item 2,89 + Item 2,90.-	01	Item 2,111 + Item 2,112.-		
01	Item 2,91 + Item 2,92.-				
01	Item 2,93 + Item 2,94.-				
01	Item 2,97 + Item 2,98.-				
02	Item 2,99 + Item 2,100.-				
01	Item 2,103 + Item 2,104.-				
01	Item 2,105 + Item 2,106.-				

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Se ha realizado el cambio y la instalación de los repuestos indicado según corresponde a cada item indicado.-

Firma: Firma:

Técnico Responsable: Ing. Javier Recalde
JR Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Conformidad del Cliente:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 Impreso por Imprentelite quim.

De Javier Recalde Encima

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p.

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000788

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/06/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE GRASA COJINETE MOTOR PRINCIPAL - 400G - ITEM 2.87
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE GRASA COJINETE MOTOR PRINCIPAL - 400G - ITEM 2.88
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE GRASA COJINETE MOTOR VENTILADOR RADIAL - ITEM 2.89
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE GRASA COJINETE MOTOR VENTILADOR RADIAL - ITEM 2.90
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT PRE FILTRO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - ITEM 2.91
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXIGENO CON PROVISIÓN DE KIT PRE FILTRO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - ITEM 2.92
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT PRE FILTRO ATENUADOR - ITEM 2.93
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT PRE FILTRO ATENUADOR - ITEM 2.94
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE FILTRO SALIDA DE AIRE CABINA CONTROL - ITEM 2.97
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE FILTRO SALIDA DE AIRE CABINA CONTROL - ITEM 2.98

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador Serv. Control de Oxigeno, Técnico en PSA — RUC o cédula:

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850

De Javier Recalde Encima

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000789

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: PARA COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE FILTRO SEPARADOR - ITEM 2.99
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE FILTRO SEPARADOR - ITEM 2.100
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE AIRE - ITEM 2.103
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE AIRE - ITEM 2.104
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE INDICADOR ESTADO SATURACION FILTRO DE AIRE - ITEM 2.105
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE INDICADOR ESTADO SATURACION FILTRO DE AIRE - ITEM 2.106
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO VÁLVULA DE ADMISIÓN - ITEM 2.109
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO VÁLVULA DE ADMISIÓN - ITEM 2.110
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE CORREAS - ITEM 2.111
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE CORREAS - ITEM 2.112

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: — RUC o cédula:

Eder Godoy
Coordinador
Control de Oxígeno
Técnico en PSA

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850