ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001054

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal. SL.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Dto Esterilizacion. PQC	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 03 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro piedra, lavado y contralado y presurización. Mantenimiento de filtro piedra + manto de carbon activado; provision y cambio de manto lavado, contralavado y presurizacion. Mantenimiento de sistema piedra + ablandador c/ provision de regenerador de ClNa. Provision y cambio de filtro de ppm de 25 ppm y 5 µm. Mantenimiento y limpieza de tanque de agua cruda. Mantenimiento c/ provision de acidos para limpieza de membrana de osmosis. Control de calidad del agua tratada, parametros CL, pH y Ca.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma: MS. César Yegros
Aclaración: Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. U.N.A.
Fecha: 11-marzo-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE