ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001071

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Ortiz SL.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - PQC.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua.	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 05 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provision y cambio de filtro de PPM de 5µm y 2,5µm (Item 1, 2); Mantenimiento de filtro grava + carbon activado c/ provision de manto de carbon (Item 4); Mantenimiento de filtro grava + ablandador c/ provision de manto de resina (Item 5); Mantenimiento de filtro grava + ablandador c/ provision de CLINA (Item 6). Mantenimiento de desempeño de agua cruda (Item 7). Mantenimiento de membrana c/ provision de acidos de osmosis (Item 8); Mantenimiento de bomba hidraulica dosificadora (Item 9); Mantenimiento de bomba hidraulica dosificadora (Item 10) Control de calidad de agua, Test de pH, Cl, Ca (Item 3)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 09-mayo-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE