ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00840

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Fac. Hod de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal López c/ Cnel. Cazal - S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS BOPE	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18, 04, 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: ____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: ____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral exterior del equipo y de la sala de maquinas. Limpieza de cámara interior, Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera, Mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Asignacion de un profesional Tecnico calificado para los trabajos Tecnicos

REPUESTOS UTILIZADOS: ____

Observación: ____

Responsable de los trabajos técnicos

Firma: ____

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 18-04-2022

Responsable del Servicio/Departamento

Firma: ____

Aclaración: ____
Jefe Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Fecha: ____

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00841

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	THM - SERCOM
MODELO:		SERIE Nº:	125459

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 04 / 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del exterior del equipo. Limpieza de la sala de maquinas. Limpieza de la camara interior. Limpieza de la linea hidraulica; Limpieza de la linea de vacio; Limpieza de la linea de vapor; Limpieza de la caldera; mantenimiento de la bomba de vacio; mantenimiento de la bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de la valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibracion de la valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibracion de

REPUESTOS UTILIZADOS: valvula motorizada de secado; Limpieza y verificacion de la valvula de seguridad. Asignacion de un personal tecnico calificado para los trabajos tecnicos.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha:	18-04-2022	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00842

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	ISHIURA
MODELO:	AMS-B06E	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 04 / 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral. del equipo, exterior y sala de maquinas. Limpieza de camara interior. Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor. Limpieza de Caldera, mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibracion

REPUESTOS UTILIZADOS: de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Asignacion de un personal tecnico certificado para las trabajos técnicos

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSP y BS 617	Firma:
Aclaración:		Aclaración:
Fecha:	18-04-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00843

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cuel Catal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SANVEA
MODELO:	AMS B09E	SERIE Nº:	0709932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18, 04, 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza prod del exterior del equipo y Sellado de maquinas. Limpieza de la cámara interior, limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vacio, limpieza de linea de vapor, limpieza de Caldera. Revision nivel de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de sellado; limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Exposicion de un personal Tecnico calificado para los labores tecnicas

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 18-04-2022

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha: Vto. de Electromedicina

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-