SYME
SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMÉDICOS

Mantenimiento Industrial y Hospitalario
Tratamiento de Aguas
Asesoramiento Técnico
Equipos Médicos

Milano Nº 367 (ex. 2da.) C/ Chile
Teléfono: 450 774
E-mail: syme_py@yahoo.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de agosto de 2.019

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – HOSPITAL DE CLÍNICAS
Presente:

INFORME TÉCNICO

Se realizaron los trabajos de:

- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS, Dpto. NEFROLOGÍA PEDIATRICA, AGOSTO/19, del lote 4, Ítems 1 al 4, ID N° 360.405, según especificaciones técnicas.

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Dra. Leticia Florentín de Merech
Profesora Titular de Pediatría
Jefa Dpto. Nefrología Pediátrica
FCM - UNA Reg. 2027

Julio Battilana
SYME

SYME

c.c. al Jefe del Dpto. de Nefrología Pediátrica Prof. Dra. Leticia Florentín
c.c. al Jefe del Dpto. de Electromedicina Ing. César Yegros

SYME
SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMÉDICOS
Mantenimiento Industrial y Hospitalario
Tratamiento de Aguas
Asesoramiento Técnico
Equipos Médicos
Milano Nº 367 (ex. 2da.) C/ Chile
Teléfono: 450 774
E-mail: syme_py@yahoo.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de agosto de 2019

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS U.N.A. – HOSPITAL DE CLINICAS
Presente:

INFORME TÉCNICO

Sistema de Tratamiento de Agua Dpto. de Nefrología Pediátrica:

Se procedió a la desinfección mensual del Sistema de Ósmosis Inversa y al test de cloro y calcio del pre-tratador de agua.

Se realizaron los cambios de los filtros de 5 y 25 micrones del módulo de Ósmosis Inversa.

Se procedió a la carga del tanque salero con 50 Kg de sal gruesa para el filtro ablandador del pretratador de agua

Se realizó el control y chequeo funcional de las bombas hidráulicas y de las presiones de trabajo del sistema de tratamiento de agua.

Módulo de Ósmosis Inversa Portátil en U.T.I. Infantil:

Se realizó el chequeo funcional completo.

Los trabajos realizados corresponden al mes de agosto de 2019, según cronograma contemplado en la LCO N° 18/2019

Sin otro particular, les saludo atentamente.

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Dra. Leticia Florentín de Merech
Profesora Titular de Pediatría
Jefa Dpto. Nefrología Pediátrica
FCM - UNA Reg. 2027

Julio Battilana
SYME

SYME

c.c. al Jefe de Nefrología Pediátrica Prof. Dra. Leticia Florentín
c.c. al Jefe del Dpto. de Electromedicina Ing. César Yegros