ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00980

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|---|
| INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - TOCOQUIRURGICO | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| EQUIPO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | MARCA: |
| MODELO: | SERIE Nº: |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 26 / 09 / 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provision y cambio de filtro de PPM de 5 µm y de 25 µm. Control de calidad, test de ph, cloro, calcio. Mantenimiento de filtro de carbon c/ cambio de manto de carbon activado. Mantenimiento de filtro ablandador con cambio de manto de resina. Mantenimiento de filtro ablandador y provision de cloruro de sodio. Mantenimiento y limpieza de tanque de reserva de agua cruda. Mantenimiento con provision de deacidos para desincrustacion de membranas de osmosis

REPUESTOS UTILIZADOS: Mantenimiento de bomba de agua cruda; mantenimiento de bomba hidraulica de agua tratada

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo, Dipl. Ingeniero, Reg. Prof. MOPyUS 017 | Firma: MS. César Yegros, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. - U.N.A. |
| Aclaración: | Aclaración: |
| Fecha: 26 - Set - 2023 | Fecha: |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-