ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00859

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA.	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor.	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS 80 PE	SERIE Nº: 07099830

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 08 / 2022

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral del equipo. Limpieza de Sala de maquinas. Limpieza de Camara interna. Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de cal deras. Mantenimiento, de bomba de agua, mantenimiento de Bomba de vacio, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Asignacion de personal Tecnico calificado para las labores tendidas.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Ingeniero
Prof. MSP y BS

Fecha: 18-AGOSTO-2022

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: Osmar Arana
Coordinador de Electromedicina

Fecha: 18.08.2022

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00860

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mal. Lopez e/ Cnel. Casas. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor.	MARCA:	SERCOM IHM
MODELO:		SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18/08/2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza exterior del equipo. Limpieza de sello de goma puertas. Limpieza de camara interna. Limpieza de la linea hidraulica, Limpieza de linea de vapor; limpieza de la linea de vacio, limpieza de Caldera. Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de de bomba de vacio: limpieza; ajuste y calibracion de valvula motorizada descarga de agua; ajuste y calibracion de valvula motorizada (de vapor) limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion diaria personal. Tecnico

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSyBS Nº	Firma:	Osmar Arlang
Aclaración:		Aclaración:	Coordinador de Electromedicina
Fecha:	18-AGOSTO-2022	Fecha:	3.976.783

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

Nº | Fec | AD

M&M Ind

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00861

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Fac. Hod. de Ciencias Medicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez esq. Mcal. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A111S	SERIE Nº:	9909649 4

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 08 / 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza General del equipo. Limpieza de sala de maquinas. Limpieza de camara interna. Limpieza de linea hidraulica. Limpieza de linea de vapor. Limpieza de linea de secado. Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua. Mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula diafragma. Asignacion de personal tecnico

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. Mep 5 017

Fecha: 18-AGOSTO-2022

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: Osmar Arana Coordinador de Electromedicina

Fecha: 3.976.783

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00862

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas - UNA.	TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal. S.L.	
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 18, 08, 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo, limpieza de sala de maquinas, limpieza de camara interior, limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea vapor, limpieza de linea de secado. Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua, limpieza, diboninq de vacio. Limpieza, ajuste y calibracion, limpieza motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibracion limpieza motorizada de vapor, motorizada de secado. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula de seguridad. Verificacion de validad. Asignacion de personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo
Ingeniero
Reg. Prof. Nº 7117

Fecha: 18-Agosto-2022

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: Osmar Arana
Coordinador de Electromedicina
3.976.783

Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-