ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00967

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Medicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Laboratorio Central | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Planta de tratamiento de agua | MARCA: | |
| MODELO: | | SERIE Nº: | |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09, 06, 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: mantenimiento de planta de tratamiento módulo osmosis, provision y cambio de resina catiomica (ablandador) y proceso de regeneracion con ClNa sin todo. Limpieza de tanque reservorio de sal y preparacion para siguiente proceso de regeneracion. Limpieza del tanque de agua cruda y lavado de membrana con aditivos y enjuague con agua filtrada. Mantenimiento de bomba de agua cruda y mantenimiento de bomba de agua de empuje de agua tratada. Verificacion y ajuste de presiones de trabajo y de standby. Mano de obra.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | | Responsable del Servicio/Departamento | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017 | Firma: | |
| Aclaración: | | Aclaración: | MS. Cesar [illegible] Jefe [illegible] medicina |
| Fecha: | 09-junio-2023 | Fecha: | |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2 Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-