ACQUA SERVICE

de Oscar Rubén Portillo Ortellado
Representante de Ecodas en Paraguay
Importación de Equipos Máquinas para el Tratamiento de Agua
Máquinas Esterilizadores de Residuos Hospitalarios
Felipe Molas López 1958 c/ Sacramento - Tel: (021) 281 082
Asunción - Paraguay

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Nº 0000391

Señor(es): DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL RUC:
Dirección: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO Tel.:
Ciudad: SERVICIO DE HEMODIALISIS Barrio:

Descripción del trabajo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE DIALISIS MARCA FRESENIUS
MODELO 4008B UBICACION SALA DIALISIS
CONTROL DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA
VERIFICACION DE PARAMETROS OPERATIVOS
CHEQUEO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
LIMPIEZA DE MICROFILTROS INTERNOS DEL CIRCUITO HIDRAULICO
CHEQUEO FUNCIONAL DE BOMBA DE SANGRE, DETECTOR DE BURBUJA, PRESION ARTERIAL Y
VENOSA, PRESION TRANSMEMBRANA
DESINFECCION PROGRAMA V
LIMPIEZA DE BOMBA DE ACIDO, BICARBONATO Y DE ULTRAFILTRACION
VERIFICACIONES DE PRESIONES DE TRABAJO EN EL CIRCUITO HIDRAULICO
CABEZAL DE BOMBA DE FLUJO CAMBIO
ORDEN DE SERVICIO Nº 74/2023
IPTN Nº 419.687
CONTRATO Nº 216/2022

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

Observaciones:

Fecha	Nombre del Técnico Encargado: OSCAR PORTILLO Firma:
17/03/2023	**Obs.: Esta conformidad de trabajo genera una factura por servicios prestados.**
Hora Fin	Firma del Cliente
	Aclaración Lic. Karen Esquivel Enfermería C.I. Nº 4.[illegible] C.I. Nº: 3.377.516

Trapelgraf de Dean César Rios - RUC: 804500 - 3 1º de Agosto 1.205 - Tel: (021) 327 6478 - (021) 293 652 - (0982) 512 916
Ced de Hab Nº 1316 - E-mail: trapelgraf@hotmail.com - 05 Tal de 50x2 del 0351 al 0600 - 07/2022