INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000517

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
21	11	22

Cliente: INTN

Equipo: Centrífuga de Laboratorio ITEM 17.

Marca: GERBER INSTRUMENTS Modelo: S/N: 23001.05.13.05.00.0485

Servicio: OIAT Dirección: Av. Artigas N° 3973

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1		Potenciómetro P/ temperatura
1		Kit conectores.
1		Aislantes.

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó reparación con adaptación del sistema de control de potencia de temperatura. Se adaptó potenciómetro de 100 K para el ajuste de temperatura.

Se realizó mantenimiento del motor y partes electricas, limpieza interna y externa.

Prueba del equipo ok. Se entrega el equipo funcionando correctamente.

FACTURA N°

Lic. Carmen Bordon
Jefe Dpto. Alimentos
INTN

V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

V° B° TECNICO
Firma y Sello

Christopher Arevalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

OBS.:

50X3 - 451 al 600

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000516

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
21	11	22

Cliente: INTN

Equipo: Bomba de Vacío ITEM 16

Marca: Rocker Scientific **Modelo:** 801 **S/N:** 23001.05.13.00000585

Servicio: OIAT **Dirección:** Av. Artigas N°3973

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN
2		Rulemán
2		Membrana

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó reparación con cambio de repuestos mencionados, mantenimiento de motor, destrancado, limpieza de vías y válvulas. Prueba OK. Se entrega el equipo funcionando.

Lic. Carmen Bordón
Jefe Dpto. Alimentos
INTN

V° B° CLIENTE

Ing. Christopher Arevalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

V° B° TECNICO
Firma y Sello

FACTURA N°

OBS.: _____

50X3 - 451 al 600

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000515

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
21	11	22

Cliente: INTN

Equipo: Bomba de Vacio ITEM 15

Marca: Sartorius Modelo: - S/N: 23002.05.05.00000399

Servicio: OIAT Dirección: Av. Artigas N° 3973

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN
2		Rulemanes
2		Membranas

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó reparación con recambio de repuestos, mantenimiento de motor, destrancado, limpieza de vías y válvulas Prueba ok. Se entrega el equipo funcionando correctamente.

Lic. Carmen Bordón
Jefe Dpto. Alimentos
INTN

V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS Tel.: 021 327 5757

FACTURA N°

Ing. Christopher Arevalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

V° B° TECNICO
Firma y Sello

OBS.:

50X3 - 451 al 600