ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00640

341
02/06

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Policía Rigoberto Caballero.	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Kubistchek	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: odontologia	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ESTUFA	MARCA: QUIMIS
MODELO: Q317M-23	SERIE Nº: 10100478

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 2 , 06 , 21

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Item 2, Ajustes sin cambio de repuesto.
Item 8: Mantenimiento Correctivo c/ provision y cambio de termostato

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE # 26

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES
Actividad 07 Asist. Integral al Pers. Policial
ADQUISICIONES

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 02-junio-21	Fecha:

Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-