MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 307/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Tres** días del mes de **Diciembre** del año Dos Mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **LCM S.A.**, correspondiente al Llamado: **LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 19/2024 "MANTENIMIENTO DE COMPRESORES GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO Y BOMBAS GENERADOR DE VACÍO" ID Nº 453.741**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **LCM S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Mantenimiento preventivo de los compresores generadores de aire de la marca United OSD Código Patrimonial 12008-419-117-7431 y 12008-419-117-7432		
1	2	UNIDAD	Item1: Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo consistente en, limpieza completa de los radiadores de refrigeración de los compresores de aire y secadores de aire, verificación de todas las conexiones eléctricas, verificación de funcionamiento de los purgadores de aire, limpieza de los purgadores electrónicos automáticos de los tanques de aire comprimido, limpieza de las placas electrónicas, reemplazo de los filtros de aire, correas, y filtros de línea, verificación de las presiones de arranque y parada, limpieza interna y externa de los equipos y puesta en marcha	5.805.667	11.611.334
2	12	UNIDAD	Item 2: Provisión y cambio de Filtros de aire para compresor de aire UW 16.5-10	1.041.667	12.500.004
3	12	UNIDAD	Item 3: Provisión y cambio de Correa trapezoidal dentada XPZ1270/3VX500 V80	895.000	10.740.000
4	2	UNIDAD	Item 4: Provisión y cambio de Filtros de línea de aire modelo: UF29C-V, Filtración: 3µm, Caudal: 2,9 nm³/min, Elemento: F29-V, Presión: 1,0Mpa, Temperatura: 65ºC	1.158.333	2.316.666
5	2	UNIDAD	Item 5: Provisión y cambio de Filtros de línea de aire modelo: UF29C-A, Filtración: 1µm, Caudal: 2,9 nm³/min, Elemento: F29-A, Presión: 1,0Mpa, Temperatura: 65ºC	1.161.667	2.323.334
6	2	UNIDAD	Item 6: Provisión y cambio de Filtros de línea de aire modelo: UF29C-AC, Filtración: 0,01µm, Caudal: 2,9 nm³/min, Elemento: F29-AC, Presión: 1,0Mpa, Temperatura: 65ºC	1.081.667	2.163.334
7	2	UNIDAD	Item 7: Provisión y cambio de Filtros de línea de aire modelo: UF29C-B, Filtración: 0,01µm, Caudal: 2,9 nm³/min, Elemento: F29-B, Presión: 1,0Mpa, Temperatura: 65ºC	1.165.000	2.330.000
			Según Informe Tecnico N° 013856 de fecha 03 de diciembre de 2024.		
Son Guaraníes: Cuarenta y Tres Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Dos.-				**TOTAL**	**43.984.672**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-002-0000385	02/12/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
N°307/2024	29/10/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
LCM. Ing. Ronald Agüero Dpto. Técnico	Electromedicina Hospital General Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Enrique Valdez Artaza Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.