ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001038

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Caral 9 L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - TOCO QUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	ASIII - B09E	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 25 / 01 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y salas de maquina Limpieza de linea de hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor. Limpieza de caldera. Limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajustes y calibración de valvula motorizada de vapor; limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de alivio. Personal Tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Riveros
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 25-ENE-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001039

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez e/ Cnel Lazal. S.L	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizamos - Toco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	IHM
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 25 / 01 / 2024

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de caldera; Limpieza de calidad de esterilización. Mantenimiento de bomba de bomba de agua; Mantenimiento de bomba de vacio; Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de alivio. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Yegros.
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 25-ENE-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001040

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Tocoquirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: A111S - BOYLE	SERIE Nº: 09099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 25, 01, 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y salademaquinas limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilización; Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacio; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de Jacado; limpieza, ajuste y calibración de bomba valvula motorizada de vapor. Limpieza y verificación de valvula de alivio. Mano de obra tecnica.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 25-ENE-2024	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - U.N.A.

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001041

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal López e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - Bloco Quirúrgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-B09E	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 25, 01, 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo, limpieza de sala de máquinas, limpieza de línea hidráulica, limpieza de línea de vapor; limpieza de línea de vacío, limpieza de caldera; limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacío; Mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y verificación de válvula motorizada de secado; limpieza de válvula de alivio. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Negros
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 25 ENE 2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE